

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 09:00 horas, del 12 de septiembre de 2023, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción II, 28 fracción II, 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la Ley de la Materia, el acto fue presidido por la Lic. María José Carrillo Capacete, Jefa de la Oficina de Adquisición de bienes y contratación de Servicios, servidor público designado por la convocante mediante oficio 14A660611000/102/23 suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3, fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

El funcionario público que preside el presente acto, fue asistido por la Dra. Sandra Judith Vázquez Avelar, Enc. De la Coordinación Auxiliar de Segundo Nivel de Atención a la Salud, como área técnica quien solventa las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

Numero	NOMBRE DEL LICITANTE:	NUMERO DE PREGUNTAS
1	INTERMET, S.A. DE C.V.	245

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 3.2.FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS, ...	PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE HABILITAR MÁS PARÁMETROS EN EL APARTADO "PROPIUESTA TÉCNICA" Y EL BOTÓN DE ANEXOS ADICIONALES DE COMPRANET, DEBIDO A LA CANTIDAD Y EL VOLUMEN DE ARCHIVOS A CARGAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA, SE HABILITARAN MAS PARAMETROS PARA QUE PUEDA CARGAR SU PROPIUESTA
2	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 5.PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE HABILITAR MÁS PARÁMETROS EN EL APARTADO "PROPIUESTA TÉCNICA" Y EL BOTÓN DE ANEXOS ADICIONALES DE COMPRANET, DEBIDO A LA CANTIDAD Y EL VOLUMEN DE ARCHIVOS A CARGAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA, SE HABILITARAN MAS PARAMETROS PARA QUE PUEDA CARGAR SU PROPIUESTA
3	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 5.PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	INCISIO A) ENTENDEMOS QUE SE PODRAN PRESENTAR EN PDF O WORD O EXCEL DE ACUERDO AL CRITERIO DE LOS PARTICIPANTES Y TIPOS DE ARCHIVOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	DEBERA PRESENTAR EN PDF CON FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EN WORD O EXCEL CON EL FIN DE AGILIZAR LOS ACTOS DEL RPOCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
4	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 9. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS	9. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE ENVIAR	SE ACEPTA

Periférico Sur No. 8000, Col. Santa María Tequepexpan, C. P. 45500, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



*(Handwritten signatures and initials)*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-1-96-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		PROPOSICIONES	LA PROPOSICIÓN EN PDF, WORD O EXCEL SEGUN CORRESPONDAN LOS DIFERENTES ANEXOS. ¿SE ACEPTA?	
5	TÉCNICO	CONVOCATORIA 14.1. PERIODO DE CONTRATACION	EN EL NUMERAL 1. INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION INDICA " PARA PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023". MIENTRAS QUE EN EL NUMERAL 14.1. PERIODO DE CONTRATACION INDICA "PARA PERIODO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023". SOLICITAMOS A LA CONVOCATE ACLARE SI SE TRATA DE UN ERROR Y SE DEBE CONTEMPLAR EL PERIODO DE CONTRATACION DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE FORMATO SOLO APLICA PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, DERIVADO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS A LOS QUE INDICA EL FORMATO: 2.- FECHA EN QUE EL JEFE O RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA RECIBE EL MANUAL DAN 6.- REGISTRO DE LA INFORMACION DEL DESARROLLO DEL DAN (ESTA DEBE SER CONSERVADA PARA LA SUPERVISION POR EL JEFE ENDOSCOPIA). ¿ES CORRECTO?	SE DEBERA CONTEMPLAR EL PERIODO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
6	TÉCNICO	ANEXO T25 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE DESINFECCION ALTO NIVEL (DAN)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN LA COLUMNA DE ESPECIALIDAD SE REFIERE AL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS YA QUE ESTOS CORRESPONDEN AL REQUERIMIENTO A COTIZAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTO. EL ANEXO T25 TAMBIEN APLICA PARA PAQUETE 1
7	ECONOMICO	ANEXO NUMERO 13 (TRECE) PROPOSICION ECONOMICA		ES CORRECTA SU APRECIACION
8	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO 3.1 SUPERVISOR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL FORMATO T25 APLICA UNICAMENTE PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE LOS ENDOSCOPIOS.	NO ES CORRECTO. EL ANEXO T25 TAMBIEN APLICA PARA PAQUETE 1
9	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TECNICO 7.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS P.M.I	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENVIAR DEL FORMATO T26 DENTRO DE LOS 5 DIAS DEL MES SIGUIENTE AL CIERRE. ESTO DERIVADO DE LA CONCILIACION DE LOS FORMATOS T14 CON EL JEFE DE CIRUGIA, YA QUE EL TIEMPO QUE ESPECIFICA ESTE INCISO ES 5 DIAS PREVIOS AL DIA ULTIMO DE CADA MES DEL MES CORRIENTE, VALIDADOS POR EL JEFE DE SERVICIO. LOS CIERRES SON EL DIA 25 DE CADA MES Y SE PRESTA EL SERVICIO INCLUSO NOCTURNO, INCLUSO	SI SE ACEPTA, SU PROPUESTA



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.


Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
10	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.11 CURRÍCULUM INDIVIDUALIZADO DEL PERSONAL PROPUESTO	HAY CIERRES EN FIN DE SEMANA, POR LO QUE SE EMITIRIA INCOMPLETO Y SIN VALIDAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES ACEPTADO EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS A NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA EL PUESTO DE TECNICO EN SITIO, COMPROBANDO SU EXPERIENCIA EN MANEJO DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLE EN MÍNIMA INVASIÓN CON CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LOS FABRICANTES	NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACIÓN
11	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.12 COPIA DE CÉDULA Y/O TÍTULO PROFESIONAL	4.2.12 COPIA DE CÉDULA Y/O TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO DEL PERSONAL PROPUESTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE COMO COMPROBANTE DE ESTUDIOS KARDEX O ACTA DE TITULACIÓN O DIPLOMA DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS, DE ACUERDO A CADA INSTITUCIÓN ACADÉMICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACIÓN
12	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTE.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR COPIA DE LOS CONTRATOS SIN ANEXOS, YA QUE ESTOS LLEGAN A ESTAR CONFORMADOS POR MÁS DE 300 PÁGINAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
13	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.18 ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR LOS MISMOS CONTRATOS INTEGRADOS EN EL NUMERAL "4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTE". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA
14	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.19 METODOLOGÍA. (INCISO F)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE INCISO Y EL FORMATO T25 APLICA ÚNICAMENTE PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, Y EN CASO DE NO PARTICIPAR EN DICHO PAQUETE NO ES REQUISITO PRESENTARLO.	NO ES CORRECTO, EL ANEXO T25 TAMBIEN APLICA PARA PAQUETE 1
15	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.21 PRESENTAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, LOS FORMATOS T19 Y T20 ANEXANDO UN ESCRITO LIBRE CON EL LISTADO DE TODO EL PERSONAL DESCRIBIENDO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN CADA UNO DE ELLOS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERÁ SER ORGANIGRAMA DIRECTIVO Y OPERATIVO
16	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO 6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO Y DEL INSTRUMENTAL	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN QUE ESTA REBASE EL PERIODO MENSUAL CORRESPONDIENTE.



*[Handwritten signature]*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		DE EQUIPO Y DEL INSTRUMENTAL.	DICE: ES PRECISO SEÑALAR QUE LA FECHA ESPECIFICA DE MANTENIMIENTO NO PODRA REBASAR LA SEMANA SEÑALADA Y SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE PUEDE SER MODIFICADO POR LA FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA QUE EL MANTENIMIENTO SE REALICE DENTRO DEL MES DE MANTENIMIENTO SEÑALADO EN EL ANEXO T5 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL. DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, LAS UNIDADES MEDICAS SUGIEREN LA SEMANA O EL DIA EN QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO EN BASE A SU PRODUCTIVIDAD O AJUSTE DE SU PROGRAMACION, ESTO PARA NO INTERRUMPIR EL SERVICIO COORDINADO CON LOS JEFES DE ESTA AREA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
17	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.7.6 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6 ERRORES Y MENSAJES DE ALERTA SEGÚN DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE ¿SE ACEPTA? 1.1.7.6.3 NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6.3 FLUJO PRE-CONFIGURADO PRIMERA INSUFILACION E INSUFILACION SOSTENIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE FABRICANTE ¿SE ACEPTA? 1.1.7.6.3 NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6.3 MODO DE FLUJO PEDIATRIA Y ALTO FLUJO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
18	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.7.6.3 NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6.3 MODO DE FLUJO PEDIATRIA Y ALTO FLUJO DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
19	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.9.3.2 CON INTERVALO DE VELOCIDAD EN EL RANGO, ENTRE 500 Y 10000 O MAYOR RPM PARA AVANCE Y RETROCESO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 1.9.3.2 CON INTERVALO DE VELOCIDAD EN EL RANGO, ENTRE 500 Y 10000 RPM PARA AVANCE Y RETROCESO SEGÚN TECNOLOGIA DE FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
20	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 1.9.3.2 CON INTERVALO DE VELOCIDAD EN EL RANGO, ENTRE 500 Y 10000 RPM PARA AVANCE Y RETROCESO SEGÚN TECNOLOGIA DE FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
21	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.9.4.2 FLUJO ENTRE EL RANGO 0.25 A 2.5 IPM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 1.9.4.2 FLUJO ENTRE EL RANGO 0.3 A 2.5 IPM SEGÚN TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
22	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.9.8.3 CON SISTEMA DE BLOQUEO O DE ASEGURAMIENTO DE LA ÓPTICA O ROSCADO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 1.9.4.2 CON SISTEMA DE BLOQUEO O DE ASEGURAMIENTO DE LA ÓPTICA O SEGÚN TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
23	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.10.3 PANTALLA: LCD O LED O TECNOLOGÍA SUPERIOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PANTALLA TFT A COLOR DE 109 MM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
24	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.10.13 MUESTREO DE LA SENAL CO2 DE 50 ML/MIN COMO MÍNIMO. O VELOCIDAD DE FLUJO DEL CAPNÓGRAFO DE 120 +/- 20ML POR MINUTO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CAPNOGRAFÍA. VELOCIDAD DE FLUJO 50 (42.5 = FLUJO = 65) ML/MIN, FLUJO MEDIDO POR VOLUMEN, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE; ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
25	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.6.6.2 RANGO DE ENERGÍA POR PULSO DE 200 A 3500 MJ O MAYOR DEACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: 1.6.6.2 RANGO DE ENERGÍA POR PULSO DE 500 A 3500 MJ O MAYOR DEACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
26	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.7.6.3 NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6.3 MODO "HIGH FLOW" (ALTO FLUJO) CON UNA POTENCIA DE FLUJO DE HASTA 50 L/MIN COMO	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

*[Handwritten signature]*



2023  
FABRILIZO  
VILLA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-0500GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			MAXIMO Y MODO "PEDIATRIA" CON LIMITE DE FLUJO DE 15L/MIN ¿SE ACEPTA?	
			1.1 10.3 PANTALLA: LCD O LED O TECNOLOGIA SUPERIOR SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR: 1.1 10.3 PANTALLA: LCD (TFT A COLOR O SUS VARIACIONES) O LED O TECNOLOGIA SUPERIOR. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
27	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1 10.13 MUESTREO DE LA SENAL CO2 DE 50 ML/MIN COMO MINIMO. O VELOCIDAD DE FLUJO DEL CAPNOGRAFO DE 120 +/- 20ML POR MINUTO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CAPNOGRAFIA: VELOCIDAD DE FLUJO DE CAPNOGRAFO DE 120± 20ML/MIN. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
28	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.3 3 EN EL RANGO ENTRE 23 HASTA 55.5 KILO HERTZ. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: 1.3 3 EN EL RANGO ENTRE 23 HASTA 56 +/- 0.5 KILO HERTZ. DE ACUERDO A TECNOLOIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
29	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.6 2 RANGO DE ENERGIA POR PULSO DE 200 A 3500 MU O MAYOR DEACUERDO A TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: 1.6 2 RANGO DE ENERGIA POR PULSO DE 0.5 A 3.5 U MAYOR DEACUERDO A TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. DE ACUERDO A TECNOLOIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
30	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.6 3 FRECUENCIA DE PULSOS EN UN RANGO DE 3 MINIMO A 20 HZ. O MAYOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: 1.6 3 FRECUENCIA DE PULSOS EN UN RANGO DE 5 MINIMO A 20 HZ. O MAYOR DE ACUERDO A TECNOLOIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
31	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO		



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL JALISCO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
32	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	DEBEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL PUEDEN SER REFERENCIADAS COMO OTRA UNIDAD DE MEDIDA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON SU EQUIVALENCIA, EJEMPLO: CM - PIES (FT O ") - PULGADA (IN O ") O CHARR (CH) - FRENCH (FR) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 13. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 A 11 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES BLAKESLEY, RECTAS, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN
33	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 13. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 A 11 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES BLAKESLEY, RECTAS, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
34	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 13. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 A 11 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 0° (RECTA, REF. GRÁFICA), TAMAÑO 1, LONGITUD 11CM MANDÍBULA 3.5MM. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
35	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 14. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY, CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES DE BLAKESLEY, RECTAS, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL 11CM. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
36	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 14. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY, CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 0° (RECTA, REF.	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES

Perifoneo Sur No. 100, Col. Santa María Tequeseparr, C. P. 45806, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



2023  
FRANJISCO  
VILA

Página 7 de 64

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			GRAFICA), TAMANO 0, LONGITUD 11CM, MANDIBULA 3.0MM ¿SE ACEPTA?	
37	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 15. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORQUIDA, LONGITUD UTIL DE 11 CM, (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 45° HACIA ARRIBA, TAMANO 1, LONGITUD UTIL DE 11CM ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
38	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 15. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORQUIDA, LONGITUD UTIL DE 11 CM, (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: FORCEPS NASAL BLAKESLEY, 45° (CURVA HACIA ARRIBA REF. GRAFICA), TAMANO 1, MANDIBULA 3.5MM. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
39	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 16. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORQUIDA, LONGITUD UTIL DE 11 CM, (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 45° HACIA ARRIBA, TAMANO 0, LONGITUD UTIL DE 11CM. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
40	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 16. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORQUIDA, LONGITUD UTIL DE 11 CM, (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: FORCEPS NASAL BLAKESLEY, 45° (CURVA HACIA ARRIBA	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
41	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	REF. GRAFICA), CALIBRE 0, LONGITUD 11CM, MANDIBULA 3.0MM. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 17. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "2", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 10 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 90° HACIA ARRIBA, TAMAÑO 2, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
42	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 18. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE; QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 10 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 90° HACIA ARRIBA, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
43	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 19 Y OTORRINO 3 PED) NO.22. PINZA DE STANDBERGER (O TAKAHASHI), CON CANAL DE IRRIGACIÓN DE 12.5 A 16 CMS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE ASPIRACIÓN BIPOLARES DE STAMMBERGER, CURVADAS HACIA ARRIBA 45°, CON CANAL DE ASPIRACIÓN, LONGITUD ÚTIL 12.5 CM, PARA UTILIZAR CON CABLES DE ALTA FRECUENCIA BIPOLARES 847002 V / CABLE DE ALTA FRECUENCIA BIPOLAR, CON DOS TERMINALES DE CABLE DE 2MM, LONGITUD DE 450CM. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
44	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 19 Y OTORRINO 3 PED) NO.22. PINZA DE STANDBERGER (O TAKAHASHI), CON CANAL DE IRRIGACIÓN DE 12.5 A 16 CMS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS ETMOIDALES DE TAKAHASHI, TAMAÑO DE CUCHARA 4 X 10 MM, CON CONEXIÓN PARA LIMPIEZA, LONGITUD ÚTIL 16 CM.	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES

Periferico Sur No. 6009 Col. Santa María Tequepexpan, C. P. 48008, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-0500GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
45	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	¿SE ACEPTA? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR INDISTINTAMENTE COMO TAMAÑO O CALIBRE POR EJEMPLO: LEGRA O CURETA, OVALADO, CALIBRE "1", LONGITUD ÚTIL DE 17 A 19 CM. SE PERMITA REFERENCIAR COMO: LEGRA PARA ANTRO, OVALADA, TAMAÑO 1, LONGITUD 19 CM. ¿SE ACEPTA?	EN LAS PRESENTES BASES NO SE SOLICITA ESTE INSUMO
46	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 25 Y OTORRINO 3 PED) NO. 28. PINZA TIPO JIRAFÁ DE DOBLE CUCHARA, CURVA HACIA ARRIBA DE 45° A 55°. APERTURA HORIZONTAL, DIAMETRO DE COPA MEDINA O DE 3 MM., LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 10 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS TIPO JIRAFÁ CON DOBLE CUCHARA, CURVADAS HACIA ARRIBA 55° ABERTURA HORIZONTAL, CUCHARA 3MM DIAMETRO, LONGITUD ÚTIL DE 13CM. ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR INDISTINTAMENTE FR, CH O CHARR. POR EJEMPLO: ASPIRADOR DE FERGUSON O FRAZIER DE 8 Y 10 FR. SE PERMITA REFERENCIAR: TUBO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON 8 CHARR, Y 10 CHARR. CONSIDERANDO QUE SON SINONIMOS DE CHARR LAS UNIDADES FR.	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
47	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 4. TELESCOPIO O SISTEMA OPTICO DE 70°. DE 2.7 A3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 11 CM., AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: TELESCOPIO O SISTEMA OPTICO DE 70°. DE 2.7 A 3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 14 CM., AUTOCLAVABLE	EN LAS PRESENTES BASES NO SE SOLICITA ESTE INSUMO
48	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 4. TELESCOPIO O SISTEMA OPTICO DE 70°. DE 2.7 A3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 11 CM., AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: OPTICA DE VISION LATERAL PANORÁMICA 70° 3 MM DIAMETRO, LONGITUD 14 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
49	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 4. TELESCOPIO O SISTEMA OPTICO DE 70°. DE 2.7 A3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 11 CM., AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: OPTICA DE VISION LATERAL PANORÁMICA 70° 3 MM DIAMETRO, LONGITUD 14 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES





Gobierno de México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL JALISCO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
50	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 6: DISECTOR (PARA OIDO) DOS EXTREMOS ÚTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA, LONGITUD 16 A 18 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES, EXTREMOS DE CURVATURA SIMPLE A DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
51	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 6: DISECTOR (PARA OIDO) DOS EXTREMOS ÚTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA, LONGITUD 16 A 18 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES, EXTREMOS CON DOBLE CURVATURA, DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
52	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 11: CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO O CILÍNDRICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN CILÍNDRICO, LUER, 1MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD ÚTIL 9CM, CURVA (REF. GRÁFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
53	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 11: CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO O CILÍNDRICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 6 MM DE CURVATURA, LUER-LOCK, 0.8 MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 10 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
54	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 14: CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA DE 8 MM, LUER-LOCK, 1.6 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 8MM DE CURVATURA, 1.6MM DIÁMETRO EXTERNO, LUER-LOCK, LONGITUD DE 10CM.	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES


Periferico Sur No. 8606, C.1. Santa María Tenapeopan, C. P. 45909, San Pedro Tlapacapan, Jalisco



*[Handwritten signature]*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
55	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CILINDRICO (REF. GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 14. CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA DE 8 MM, LUER-LOCK, 1,6 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CONICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 8MM DE CURVATURA, 1,6MM DIAMETRO EXTERNO, LUER-LOCK, LONGITUD DE 10CM, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
56	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 23. FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM, A 7 MM, DE DIAMETRO 537.199.0168. (REUSABLES) O FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 0.6 MM, A 7 MM, DE DIAMETRO 537.199.0176 (REUSABLES). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM, A 7 MM, DE DIAMETRO, 537.199.0168, (DESECHABLES) O FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 0.6 MM, A 7 MM, DE DIAMETRO 537.199.0176 (DESECHABLES). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
57	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 23. FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM, A 7 MM, DE DIAMETRO 537.199.0168. (REUSABLES) O FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 0.6 MM, A 7 MM, DE DIAMETRO 537.199.0176 (REUSABLES). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 1 MM A 6 MM DE DIAMETRO (DESECHABLES), COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
58	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 7. PINZA DE AGARRE TIPO CAIMAN, ROTABLE, DE DOBLE ACCION, DIAMETRO DE 10 MM, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 37 CM, SISTEMA DE SUJECIÓN, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE AGARRE DE TEJIDO DE SAWALHE, ABERTURA BILATERAL, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM, GIRATORIA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. MANGO DE PLASTICO CON BLOQUEO QUIRURGICO.	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

Nº. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
59	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>VAINA EXTERIOR, AISLADA, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 8. PINZA DE BIOPSIA, ROTABLE Y DESMONTABLE EN DOS O TRES COMPONENTES, DE DOBLE ACCIÓN, DIAMETRO DE 5 MM., LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 37 CM., SISTEMA DE SUJECIÓN, AUTOCLAVABLE</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS SACABOCADOS PARA BIOPSIA, CON 2 DIENTES, GIRATORIAS, DESMONTABLES, ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. MANGO DE PLASTICO CON BLOQUEO QUIRURGICO. DISEÑO UNICO REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES. COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
60	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 9. PINZA TIPO HARTMAN O CLEEVE DUCK BILL, ROTABLE Y DESMONTABLE EN TRES COMPONENTES, ATRAUMÁTICA, FENESTRADA, DIAMETRO DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 37 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS DE AGARRE DE CROCE-OLMI, ATRAUMÁTICAS, FENESTRADAS, CURVADAS. TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. DISEÑO UNICO REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES, COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GIRATORIA, DESMONTABLE, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
61	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 16. MANIPULADOR UTERINO REUSABLE, ARTICULADO, CON DELINEADOR VAGINAL COMPLETO O VALVAS DELINEADORAS, CON SISTEMA PARA BLOQUEAR LA SALIDA DEL NEUMOPERITONEO Y DIFERENTES PUNTAS DE LONGITUD (SONDA UTERINA CON ESCALA DE LONGITUD), AUTOCLAVABLE.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>SONDA INTRAUTERINA DE COHEN, CON UN CONO GRANDE Y UNO PEQUEÑO, SOPORTE PARA PINZAS DE GANCHO CON MUELLE, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-0500GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
62	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 17. TIJERA TIPO GANCHO, DESMONTABLE EN DOS O TRES PIEZAS, DIAMETRO DE 5 MM., ROTABLE 360° DE ACCIÓN DOBLE, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 37 CM., AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TIJERAS DE GANCHO, ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MM, LONGITUD 36 CM, DISEÑO ÚNICO REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES, COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GIRATORIA, DESMONTABLE DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? GINECO 2) NO. 14 Y CIR PED. 2) NO. 14 AJUSTE DE USO EN EL RANGO DE 11 A 12, 15 Y 20 (ESTE ÚLTIMO OPCIONAL) MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO DISEÑADO PARA UTILIZAR UN INSTRUMENTO DE 10-12 MM DURANTE LA FRAGMENTACION, MORCELADOR DE 15MM CON OBTURADOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
63	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	GINECO 2) NO. 14 Y CIR PED. 2) NO. 14 AJUSTE DE USO EN EL RANGO DE 11 A 12, 15 Y 20 (ESTE ÚLTIMO OPCIONAL) MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRIICO, TOTALMENTE DESHECHABLE. PUEDE UTILIZARSE TAL Y COMO SE	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
64	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	GINECO 2) NO. 18 Y CIR PED. 2) NO. 18 CON CUCHILLAS REUSABLES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRIICO, TOTALMENTE DESHECHABLE. PUEDE UTILIZARSE TAL Y COMO SE	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
65	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	GINECO 2) NO. 18 Y CIR PED. 2) NO. 18 CON CUCHILLAS REUSABLES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRIICO, TOTALMENTE DESHECHABLE. PUEDE UTILIZARSE TAL Y COMO SE	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
66	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	GINECO 2) NO. 18 Y CIR PED. 2) NO. 18 CON CUCHILLAS REUSABLES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRIICO, TOTALMENTE DESHECHABLE. PUEDE UTILIZARSE TAL Y COMO SE	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES






GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
67	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	RECIBE EN EL EMBALAJE DE MANERA ESTERIL. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 4. TIRABUZÓN O INSTRUMENTO DE PUNCIÓN DE 5 Y 10 MM., LONGITUD DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO PARA LA FIJACIÓN DE MIOMAS, CON PUNTA ESPIRAL, TAMAÑO 5 MM Y 10MM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 5. MICROPINZA O MINIPINZA PARA BIOPSIA, REUSABLE, AISLADA, CON QUIJADAS DE ACCIÓN SIMPLE O DOBLE, DIAMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS PARA BIOPSIA, MANDÍBULAS MEDIANAS, MODELO ESTANDAR PARA BIOPSIA DE LA MUCOSA, ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. REUTILIZABLE DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ENDOGINECOLOGÍA NO. 6. PINZAS DE AGARRE PARA FRAGMENTOS PEQUEÑOS ABERTURA UNILATERAL, FLEXIBLES 5 CHARR LONGITUD DE MINIMA DE 32CM A 73CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE AGARRE Y BIOPSIA, SEMIRRIGIDAS, ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR, 34 CM LONGITUD. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIO, LAS CARACTERÍSTICAS QUE AHÍ SE DESCRIBAN Y QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR EN NINGÚN OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? ENDOURO 3) NO. 5. Y ENDOURO 4) NO. 4. URETEROSCÓPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
68	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS PARA BIOPSIA, MANDÍBULAS MEDIANAS, MODELO ESTANDAR PARA BIOPSIA DE LA MUCOSA, ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. REUTILIZABLE DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ENDOGINECOLOGÍA NO. 6. PINZAS DE AGARRE PARA FRAGMENTOS PEQUEÑOS ABERTURA UNILATERAL, FLEXIBLES 5 CHARR LONGITUD DE MINIMA DE 32CM A 73CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE AGARRE Y BIOPSIA, SEMIRRIGIDAS, ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR, 34 CM LONGITUD. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIO, LAS CARACTERÍSTICAS QUE AHÍ SE DESCRIBAN Y QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR EN NINGÚN OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? ENDOURO 3) NO. 5. Y ENDOURO 4) NO. 4. URETEROSCÓPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
69	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	RECIBE EN EL EMBALAJE DE MANERA ESTERIL. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 4. TIRABUZÓN O INSTRUMENTO DE PUNCIÓN DE 5 Y 10 MM., LONGITUD DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO PARA LA FIJACIÓN DE MIOMAS, CON PUNTA ESPIRAL, TAMAÑO 5 MM Y 10MM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 5. MICROPINZA O MINIPINZA PARA BIOPSIA, REUSABLE, AISLADA, CON QUIJADAS DE ACCIÓN SIMPLE O DOBLE, DIAMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS PARA BIOPSIA, MANDÍBULAS MEDIANAS, MODELO ESTANDAR PARA BIOPSIA DE LA MUCOSA, ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. REUTILIZABLE DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ENDOGINECOLOGÍA NO. 6. PINZAS DE AGARRE PARA FRAGMENTOS PEQUEÑOS ABERTURA UNILATERAL, FLEXIBLES 5 CHARR LONGITUD DE MINIMA DE 32CM A 73CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE AGARRE Y BIOPSIA, SEMIRRIGIDAS, ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR, 34 CM LONGITUD. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIO, LAS CARACTERÍSTICAS QUE AHÍ SE DESCRIBAN Y QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR EN NINGÚN OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? ENDOURO 3) NO. 5. Y ENDOURO 4) NO. 4. URETEROSCÓPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
70	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	RECIBE EN EL EMBALAJE DE MANERA ESTERIL. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 4. TIRABUZÓN O INSTRUMENTO DE PUNCIÓN DE 5 Y 10 MM., LONGITUD DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO PARA LA FIJACIÓN DE MIOMAS, CON PUNTA ESPIRAL, TAMAÑO 5 MM Y 10MM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 5. MICROPINZA O MINIPINZA PARA BIOPSIA, REUSABLE, AISLADA, CON QUIJADAS DE ACCIÓN SIMPLE O DOBLE, DIAMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS PARA BIOPSIA, MANDÍBULAS MEDIANAS, MODELO ESTANDAR PARA BIOPSIA DE LA MUCOSA, ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. REUTILIZABLE DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ENDOGINECOLOGÍA NO. 6. PINZAS DE AGARRE PARA FRAGMENTOS PEQUEÑOS ABERTURA UNILATERAL, FLEXIBLES 5 CHARR LONGITUD DE MINIMA DE 32CM A 73CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE AGARRE Y BIOPSIA, SEMIRRIGIDAS, ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR, 34 CM LONGITUD. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIO, LAS CARACTERÍSTICAS QUE AHÍ SE DESCRIBAN Y QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR EN NINGÚN OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? ENDOURO 3) NO. 5. Y ENDOURO 4) NO. 4. URETEROSCÓPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
71	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	RECIBE EN EL EMBALAJE DE MANERA ESTERIL. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 4. TIRABUZÓN O INSTRUMENTO DE PUNCIÓN DE 5 Y 10 MM., LONGITUD DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO PARA LA FIJACIÓN DE MIOMAS, CON PUNTA ESPIRAL, TAMAÑO 5 MM Y 10MM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 5. MICROPINZA O MINIPINZA PARA BIOPSIA, REUSABLE, AISLADA, CON QUIJADAS DE ACCIÓN SIMPLE O DOBLE, DIAMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS PARA BIOPSIA, MANDÍBULAS MEDIANAS, MODELO ESTANDAR PARA BIOPSIA DE LA MUCOSA, ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. REUTILIZABLE DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ENDOGINECOLOGÍA NO. 6. PINZAS DE AGARRE PARA FRAGMENTOS PEQUEÑOS ABERTURA UNILATERAL, FLEXIBLES 5 CHARR LONGITUD DE MINIMA DE 32CM A 73CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE AGARRE Y BIOPSIA, SEMIRRIGIDAS, ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR, 34 CM LONGITUD. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIO, LAS CARACTERÍSTICAS QUE AHÍ SE DESCRIBAN Y QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR EN NINGÚN OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? ENDOURO 3) NO. 5. Y ENDOURO 4) NO. 4. URETEROSCÓPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

Periférico Sur No. 4805 Col. Santa María Tequequespan, C. P. 45960, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



*[Handwritten signature]*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-0505GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			URETEROSCOPIO, DIÁMETRO DE VAINA 8 CHARR, DIRECCION VISUAL 6°, CANAL DE TRABAJO 5CHARR, LONGITUD 43CM, MÁXIMA POTENCIA DE IRRIGACION A TRAVÉS DEL GRAN CANAL RECTO DE TRABAJO DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	
72	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO 3) NO. 5 Y ENDOURO 4) NO. 4 URETEROSCOPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR; VISION EN EL RANGO DE 0° A 12°. CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR. LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACION DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETEROSCOPIO, DIÁMETRO DE VAINA 9.5 CHARR, DIRECCION VISUAL 6°, CANAL DE TRABAJO 6 CHARR, LONGITUD 43CM, MÁXIMA POTENCIA DE IRRIGACION A TRAVÉS DEL GRAN CANAL RECTO DE TRABAJO, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
73	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO 4) NO. 1 URETEROSCOPIO FLEXIBLE: DIÁMETRO EXTERNO DISTAL DE 6 A 7.5 FR. O CHARR, DIÁMETRO EXTERNO PROXIMAL DE 6.9 A 8.8 FR. O CHARR. VISION DE 0° A 5°. CANAL DE TRABAJO DE 3.6 FR. O CHARR. LONGITUD EN EL RANGO DE 40 A 70 CM. CON CAPACIDAD DE ANGULACION TOTAL DE LA PUNTA MINIMA DE 180° HACIA ARRIBA Y 170° HACIA ABAJO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETERORENOFIBROSCOPIO, TAMAÑO DE VAINA 7.5 CHARR, DIRECCION VISUAL 0°, CANAL DE TRABAJO DE 3.6 CHARR, LONGITUD 67CM, CON ANGULO DE ACODAMIENTO DE 270° HACIA ARRIBA Y 270° HACIA ABAJO, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
74	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO 5) NO. 1.1. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCION VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO, VISION FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°. OCULAR PARALELO, CON CANAL DE TRABAJO CON CONEXION LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
75	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? ENDOURO 5) NO. 11. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCÓPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR OBLICUO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
76	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO 7) NO. 1. URETROTOMO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12FR., CON CANAL DE TRABAJO DE A 5 FR. O CHARR INCLUYE: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: VAINA DE URETROTOMO DE 21 CHARR, CON CANAL DE TRABAJO (REF. GRÁFICA) Y 2 CONOS LUER-LOCK, PARA UTILIZAR CON ÓPTICA DE 4MM DIÁMETRO. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? URO 1) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA ADULTO. ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGÍA 2?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
77	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE URO 1) NO. 9. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), CON LONGITUD DE TRABAJO DE 31 A 36 CM., REUSABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM. INCLUYE: MANGO METÁLICO, SIN BLOQUEO. VAINA EXTERIOR METÁLICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
78	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM. INCLUYE: MANGO METÁLICO, SIN BLOQUEO. VAINA EXTERIOR METÁLICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA



2023  
FALLO  
VILLA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
79	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	URO 2) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL APLICADOR DE POLIMERO EXTRA LARGO SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET DE CIRUGIA 2, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO ÚNICAMENTE SE REQUIERE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA ADULTO. PARA EL SET DE CIRUGIA 1) NO. 16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIÁMETRO DE 10 MM., 5 VALVAS, LONGITUD DE 33 A 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OERTAR: RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMANO 10 MM, LONGITUD 36 CM, 9 VALVAS (REF. GRÁFICA) PARA LA MANIPULACIÓN ATRUMÁTICA DEL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? CIRUGIA 1) NO. 17. TUJERA METZEMBAUN CURVA BIPOLAR, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, 5 MM., DE DIÁMETRO, LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 36 CM. CREEMOS QUE HAY UN ERROR Y LO QUE REQUIEREN ES UNA TUJERA METZEMBAUM DE 5 MM CURVA MONOPOLAR, YA QUE NO ESTA SOLICITADA EN ESTE SET. ¿ES CORRECTO? PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO. 10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), REUSABLE, DE 5 MM, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM, INCLUYE: MANGO METALICO, SIN BLOQUEO, VAINA EXTERIOR METALICA AISLADA, INSERTO DE TRABAJO DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO. 16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIÁMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OERTAR:	NO SE ACEPTA LA PROPUUESTA
80	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
81	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		ES CORRECTA SU APRECIACION
82	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
83	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
84	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIÁMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?  PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIÁMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR EN ABANICO, (5 DEDOS), CON CONEXIÓN LL. 10MM, 380MM; AUTOCLAVABLE, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?  PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16 "SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIÁMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM, 9 VALVAS (REF. GRÁFICA). PARA LA MANIPULACIÓN ATRAUMÁTICA DEL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?  CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, INCLUIDA EN EL SET CIRUGIA 2, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITE OFERTAR APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, ÚNICAMENTE EN EL SET CIRUGIA 2. ¿SE ACEPTA?  URO 1) NO. 3; URO 2) NO. 3; CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, INCLUIDA EN EL SET CIRUGIA 2, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITE OFERTAR APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, ÚNICAMENTE EN EL SET CIRUGIA 2. ¿SE ACEPTA?  URO 1) NO. 3; URO 2) NO. 3; CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO,	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
85	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM, 9 VALVAS (REF. GRÁFICA). PARA LA MANIPULACIÓN ATRAUMÁTICA DEL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?  CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, INCLUIDA EN EL SET CIRUGIA 2, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITE OFERTAR APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, ÚNICAMENTE EN EL SET CIRUGIA 2. ¿SE ACEPTA?  URO 1) NO. 3; URO 2) NO. 3; CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO,	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
86	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM, 9 VALVAS (REF. GRÁFICA). PARA LA MANIPULACIÓN ATRAUMÁTICA DEL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?  CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, INCLUIDA EN EL SET CIRUGIA 2, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITE OFERTAR APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, ÚNICAMENTE EN EL SET CIRUGIA 2. ¿SE ACEPTA?  URO 1) NO. 3; URO 2) NO. 3; CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO,	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
87	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM, 9 VALVAS (REF. GRÁFICA). PARA LA MANIPULACIÓN ATRAUMÁTICA DEL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?  CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, INCLUIDA EN EL SET CIRUGIA 2, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITE OFERTAR APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, ÚNICAMENTE EN EL SET CIRUGIA 2. ¿SE ACEPTA?  URO 1) NO. 3; URO 2) NO. 3; CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO,	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA



2023  
FEBRERO  
VILLA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50- GYR-0500GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGIA 2?	
88	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE CIRUGIA 3) NO. 10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERU O SHEDID), REUSABLE, DE 5 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM, INCLUYE: MANGO METALICO, SIN BLOQUEO, VAINA EXTERIOR METALICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
89	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE CIRUGIA 3) NO. 16. SEPARADOR DE HIGADO O RETRACTOR, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIAMETRO DE 10 MM., 5 VALVAS, LONGITUD DE 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OERTAR: RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMANO 10 MM, LONGITUD 36 CM, 9 VALVAS (REF. GRAFICA) PARA LA MANIPULACION ATRAUMATICA DE EL HIGADO, ESTERILIZACION POR VAPOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
90	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO. 5. PINZA PICO DE PAJARO RECTA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OERTAR: INSTRUMENTO ARTHRO-PIERCE, RECTO, PARA PASAR LA SUTURA, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
91	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO. 5. PINZA PICO DE PAJARO RECTA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OERTAR: INSTRUMENTO RECTO PARA PASO DE SUTURA, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA



*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL JALISCO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

Nº. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
92	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.8. PINZA PASASUTURA DE MANGO ROTADOR O EQUIVALENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PASADOR DE SUTURA TRUEPASS, CON AUTO-CAPTURA, PARA PROCEDIMIENTOS DEL MANGUITO ROTADOR, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
93	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.11. PINZA PASASUTURA ROTATORIA DE MANGO DE CIGARRO IZQUIERDA O PINZA PASASUTURA Y RECUPERADORA EN UN SOLO PASO PARA MANGO ROTADOR O EQUIVALENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO CURVADO HACIA LA IZQUIERDA, MANIJA CURVADA, MANGO DE CIGARRO (REF GRAFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
94	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.13. PINZA PASASUTURA ROTATORIA DE MANGO DE CIGARRO DERECHA O EQUIVALENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO CURVADO HACIA LA DERECHA, MANIJA CURVADA, MANGO DE CIGARRO (REF GRAFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
95	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.16. CÁNULAS DILATADORAS EN EL RANGO DE 6.5, A 8.5 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: OBTURADOR CANULADO REUSABLE EN EL RANGO DE 6.5, A 8.0 MM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
96	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.17. ELEVADOR DE PERIOSTIO RECTO Y ANGULADO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ELEVADOR DE HOMBRO, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
97	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.17. ELEVADOR DE PERIOSTIO RECTO Y ANGULADO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ELEVADOR DE TEJIDO DE HOMBRO DE 15° Y 30° DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

Periferica Sur M... Col. Santa María Tequepaspan, C. P. 45008, San Pedro Tlaxiahuacan, Jalisco



*[Handwritten signatures in blue ink]*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
98	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.6. DESTORNILLADOR PARA TORNILLO BIODEGRADABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: DESTORNILLADOR BIOSURE PARA TORNILLO BIOSURE ABSORIBILE DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.20. PINZA DE TEJIDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE COMBINACION GRASPER (REFERENCIA GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 5. PINZA DE CANNASTA 45° DERECHA E IZQUIERDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORAS DE CANNASTA CURVAS DERECHA E IZQUIERDA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 7. PINZA DE CANNASTA IZQUIERDA Y DERECHA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORA OVAL CURVA IZQUIERDA Y DERECHA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.3. PISTOLA DE INTERCAMBIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA RANURADA, LONGITUD DE TRABAJO 6.2". DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
99	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.20. PINZA DE TEJIDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE COMBINACION GRASPER (REFERENCIA GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 5. PINZA DE CANNASTA 45° DERECHA E IZQUIERDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORAS DE CANNASTA CURVAS DERECHA E IZQUIERDA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 7. PINZA DE CANNASTA IZQUIERDA Y DERECHA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORA OVAL CURVA IZQUIERDA Y DERECHA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.3. PISTOLA DE INTERCAMBIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA RANURADA, LONGITUD DE TRABAJO 6.2". DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
100	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.6. DESTORNILLADOR PARA TORNILLO BIODEGRADABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: DESTORNILLADOR BIOSURE PARA TORNILLO BIOSURE ABSORIBILE DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.20. PINZA DE TEJIDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE COMBINACION GRASPER (REFERENCIA GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 5. PINZA DE CANNASTA 45° DERECHA E IZQUIERDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORAS DE CANNASTA CURVAS DERECHA E IZQUIERDA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 7. PINZA DE CANNASTA IZQUIERDA Y DERECHA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORA OVAL CURVA IZQUIERDA Y DERECHA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.3. PISTOLA DE INTERCAMBIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA RANURADA, LONGITUD DE TRABAJO 6.2". DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
101	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.6. DESTORNILLADOR PARA TORNILLO BIODEGRADABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: DESTORNILLADOR BIOSURE PARA TORNILLO BIOSURE ABSORIBILE DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.20. PINZA DE TEJIDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE COMBINACION GRASPER (REFERENCIA GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 5. PINZA DE CANNASTA 45° DERECHA E IZQUIERDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORAS DE CANNASTA CURVAS DERECHA E IZQUIERDA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 7. PINZA DE CANNASTA IZQUIERDA Y DERECHA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORA OVAL CURVA IZQUIERDA Y DERECHA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.3. PISTOLA DE INTERCAMBIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA RANURADA, LONGITUD DE TRABAJO 6.2". DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
102	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.6. DESTORNILLADOR PARA TORNILLO BIODEGRADABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: DESTORNILLADOR BIOSURE PARA TORNILLO BIOSURE ABSORIBILE DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.20. PINZA DE TEJIDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE COMBINACION GRASPER (REFERENCIA GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 5. PINZA DE CANNASTA 45° DERECHA E IZQUIERDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORAS DE CANNASTA CURVAS DERECHA E IZQUIERDA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 7. PINZA DE CANNASTA IZQUIERDA Y DERECHA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORA OVAL CURVA IZQUIERDA Y DERECHA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.3. PISTOLA DE INTERCAMBIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA RANURADA, LONGITUD DE TRABAJO 6.2". DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
103	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.6. DESTORNILLADOR PARA TORNILLO BIODEGRADABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: DESTORNILLADOR BIOSURE PARA TORNILLO BIOSURE ABSORIBILE DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.20. PINZA DE TEJIDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE COMBINACION GRASPER (REFERENCIA GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 5. PINZA DE CANNASTA 45° DERECHA E IZQUIERDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORAS DE CANNASTA CURVAS DERECHA E IZQUIERDA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 7. PINZA DE CANNASTA IZQUIERDA Y DERECHA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORA OVAL CURVA IZQUIERDA Y DERECHA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.3. PISTOLA DE INTERCAMBIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA RANURADA, LONGITUD DE TRABAJO 6.2". DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
104	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.6. DESTORNILLADOR PARA TORNILLO BIODEGRADABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: DESTORNILLADOR BIOSURE PARA TORNILLO BIOSURE ABSORIBILE DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.20. PINZA DE TEJIDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE COMBINACION GRASPER (REFERENCIA GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 5. PINZA DE CANNASTA 45° DERECHA E IZQUIERDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORAS DE CANNASTA CURVAS DERECHA E IZQUIERDA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 5) NO. 7. PINZA DE CANNASTA IZQUIERDA Y DERECHA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORA OVAL CURVA IZQUIERDA Y DERECHA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.3. PISTOLA DE INTERCAMBIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA RANURADA, LONGITUD DE TRABAJO 6.2". DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
105	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.13. PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACION, CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZA DE AGARRE Y BIOPSIA KENNEDY-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON CANAL DE ASPIRACIÓN, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL 12.5CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.13. PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACION, CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY-WILDE, 11CM LONGITUD, CON TUBO DE SUCCIÓN, TAMAÑO 1, MANDÍBULA 3.5MM, CURVA ARRIBA 45°. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
106	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.16. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 0", (RECTA REFERENCIA GRÁFICA), TAMAÑO 1, LONGITUD 11CM MANDÍBULA 3.5MM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
107	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.17. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY. CALIBRE "0" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL RECTA BLAKESLEY, TAMAÑO 0.</p>	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES

Periferico Sur No. 800, Col. Santa María Tequequespan, C. P. 45500, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



*(Handwritten signatures in blue ink)*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,**  
**PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.**

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
109	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>LONGITUD ÚTIL 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO. 18. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°. TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORRIDA. LONGITUD ÚTIL DE 11 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR. PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE. CURVA HACIA ARRIBA 45°. TAMAÑO 1. LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
110	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO. 19. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°. TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "0" O SEGÚN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 2.5 A 3 MM DE ANCHO DE MORRIDA. LONGITUD ÚTIL DE 11 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR. PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE. CURVA HACIA ARRIBA 45°. TAMAÑO 0. LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
111	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO. 20. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°. TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "2". QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 10 A 12 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORRIDA. LONGITUD ÚTIL DE 11 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR. PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE. CURVA HACIA ARRIBA 90°. TAMAÑO 2. LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
112	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO. 21. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°. TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORRIDA. LONGITUD ÚTIL DE 10 A 11 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR. PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE. CURVA HACIA ARRIBA 90°. TAMAÑO 1. LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
113	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	OTORRINO 4 PED) 7. DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA A LA IZQUIERDA. LONGITUD 16 A 18 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES, EXTREMOS DE CURVATURA SIMPLE A LA DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
114	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	OTORRINO 4 PED) 12. CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM. CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN CILÍNDRICO, LUER, 1MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD ÚTIL 9CM, CURVA (REFERENCIA GRÁFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
115	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	OTORRINO 4 PED) 12. CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM. CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 6 MM DE CURVATURA, LUER-LOCK, 0.8 MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 10 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
116	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO PED 1) 1. ENDOURO PED 2) 1 Y ENDOURO PED 3) 2. MINICISTOURETROSCOPIO DE 7 FR, X 10 A 12 CM O 9 FR. X 20 CMS O 16 FR. X 30 CMS CON VISION LATERAL O FRONTAL A ELECCIÓN DEL CIRUJANO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CISTOURETROSCOPIO PEDIÁTRICO, 6° CON OCULAR OBLICUO, 8 CHARR, LONGITUD 13 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON 2 CONEXIONES LATERALES DE IRRIGACIÓN Y 1 CANAL DE TRABAJO DE 5 CHARR, ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
117	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO PED 5) 1. URETEROSCOPIO SEMIRRIGIDO, DIÁMETRO DE 4.5 A 8 FR. O CHARR, VISION DE 0° A 6°, CANAL DE TRABAJO DE 2.5 A 5 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL DE 300 MM COMO MINIMO. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES



Handwritten signatures in blue ink.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
 No. LA-50- GYR-0500GYR002-T-196-2023  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			URETERO-RENOSCOPIOS SEMIRRIGIDOS. DIAMETRO DE 7 CHARR. CANAL DE TRABAJO DE 4.8CHARR PARA UTILIZAR INSTRUMENTOS HASTA 4 CHARR. MAXIMA POTENCIA DE IRRIGACION A TRAVÉS DEL GRAN CANAL DE TRABAJO. OPTICA DIRECCION VISUAL DE 6° LONGITUD 43 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE ¿SE ACEPTA?	
118	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO PED 7) 1. URETROTOMO QUE INCLUYE: OPTICA CON ANGULO DE VISION DE 0° A 5° AUTOCLAVABLE. DIAMETRO DE 1.9 A 2.1 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR: OPTICA MINIATURIZADA DE VISION FRONTAL 0° 1.2 MM DIAMETRO. LONGITUD 20 CM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. ¿SE ACEPTA? ENDOURO PED 7) 1.1. CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR) EXTERNA DESDE 7 FR A 8.5FR ( INCLUIR AMBAS MEDIDAS) O CHARR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR: VAINA DE URETROTOMO. CON LLAVE LUER-LOCK. 10 CHARR. CON OBTURADOR Y 2 CONOS LUER-LOCK. COMPATIBLE CON ELEMENTO DE TRABAJO Y OPTICA. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
119	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO PED 7) 1.1. CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR) EXTERNA DESDE 7 FR A 8.5FR ( INCLUIR AMBAS MEDIDAS) O CHARR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR: CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR) EXTERNA DESDE 7 FR A 10FR (SEGUN TECNOLOGIA DEL FABRICANTE) CHARR. YA QUE LA OPTICA COMPATIBLE CON UNA CAMISA EXTERNA MENOR A 8 FR. ES MENOR A LA OPTICA SOLICITADA EN EL NUMERAL 1. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
120	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	URO PED 1) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP ABSORIBILE O DE POLIMERO O DE TITANIO. EXTRA-LARGO SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL APLICADOR DE POLIMERO EXTRA LARGO SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET DE CIRUGIA 2. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO UNICAMENTE SE REQUIERE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10 06 017 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA ADULTO	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
121	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES



*[Handwritten signature]*



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
122	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 33 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ANUDADOR, PARA EL ANUDADO EXTRACORPÓREO, TAMAÑO 3 MM, LONGITUD 20 CM. EXTREMO ABIERTO Y CERRADO EN UN SOLO INSTRUMENTO. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? CIRUGIA PED 1) NO. 10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 33 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA CLIKLINE DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM. INCLUYE: MANGO METÁLICO, SIN BLOQUEO, VAINA EXTERIOR METÁLICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? CIRUGIA PED 1) NO. 11. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 33 CM. CIRUGIA PED 1) NO. 19. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31A 37 CM.	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
123	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIEREN UNA O DOS PINZAS DE DISECCIÓN TIPO MIXTER, DIÁMETRO DE 5 MM, YA QUE SE SOLICITA EN 2 OCASIONES EN ESTE SET. CIRUGIA PED 1) NO. 11. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 33 CM. CIRUGIA PED 1) NO. 19. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31A 37 CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIERE UNA SOLA PINZA TIPO MIXTER DE 5MM, YA QUE SOLICITAN EN DOS OCASIONES PINZA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES.	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
124	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
125	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
126	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 12. PINZA DE EXTRACCIÓN O DE GARRA. 3 A 3.4MM O 5 MM., DE DIÁMETRO, ROTABLE Y DESMONTABLE. DENTADA, REUSABLE. LARGO DE TRABAJO DE 20 A 33 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE GARRA CLICKLINE, 2 X 3 DIENTES, TAMAÑO 5MM. LONGITUD 39 CM. DISEÑO ÚNICO REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES, COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GIRATORIA, DESMONTABLE DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
127	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 16. RETRACTOR HEPÁTICO METALICO, MALEABLE, ARTICULADO, QUE AL ACTIVARSE ADQUIERE FORMA TRIANGULAR O DE GANCHO. DIÁMETRO DE 5 MM., REUSABLE. LONGITUD DE 20 A 34 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FACILMENTE DESMONTABLE PARA LA LIMPIEZA. RETRACTOR DE CUSCHIERI, MALEABLE (REF. GRÁFICA), TAMAÑO 5 MM. LONGITUD 36 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
128	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 17. SEPARADOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO) DE 5 MM., DE DIÁMETRO, DE 3 A 5 VALVAS QUE SE ABREN EN ABANICO, REUSABLE. LONGITUD DE 20 A 34 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR DE VENTILADOR, ANGULACIÓN MÁXIMA 60°, 3 DEDOS, DESMONTABLE Ø 5 MM 33 CM. ADAPTADOR PARA LIMPIEZA (REFERENCIA GRÁFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
129	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 18. TUJERA WETZEMBBAUN DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, CURVA, BIPOLAR, ROTABLE, DESMONTABLE, REUSABLE. LARGO DE TRABAJO DE 20 A 36 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUJERA WETZEMBBAUN DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, CURVA, BIPOLAR O MONOPOLAR, ROTABLE, DESMONTABLE, REUSABLE. LARGO DE TRABAJO DE 20 A 36 CM. ¿SE ACEPTA?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
130	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 2) SET DE CIRUGIA PEDIÁTRICA 2 COMPLEMENTARIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.117 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA PEDIÁTRICA 10.06.155 CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE ÓRGANO SOLIDO ABDOMINAL PEDIÁTRICA. CONSIDERANDO QUE EL SET DE CIRUGIA PEDIÁTRICA 2, ES UN SET COMPLEMENTARIO. CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR Y LAS CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.06.117 Y 10.06.155 DEBEN INCLUIRSE DENTRO DEL SET CIRUGIA PED 1. ¿ES CORRECTO?	ESE TIPO DE SET NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES
131	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	DEBEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN ESTE ANEXO, PUEDEN SER REFERENCIADAS COMO OTRA UNIDAD DE MEDIDA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON SU EQUIVALENCIA, EJEMPLO: CM - PIES (FT O ) - PULGADA(IN O ") Ó CHARR (CH) - FRENCH (FR) ¿SE CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
132	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.111 COLECISTECTOMÍA CON EXPLORACIÓN DE VÍA BILIAR PEDIÁTRICA, NUMERAL 8) CATETER DE COLANGIOGRAFIA PARA LA EXPLORACIÓN DE VÍAS BILIARES DE 5 FR. Y LONGITUD SEGUN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE. NOS PERMITA OFERTAR: 8) CATETER DE COLANGIOGRAFIA PARA INYECTAR UN MEDIO DE CONTRASTE RADIOPACO A TRAVÉS DEL CONDUCTO CISTICO DENTRO DEL CANAL BILIAR, CON TAPA RIGIDA DE 3-20F. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
133	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.011 COLECISTECTOMÍA CON EXPLORACIÓN DE VÍA BILIAR ADULTO, NUMERAL 9) CATETER DE COLANGIOGRAFIA PARA LA EXPLORACIÓN DE VÍAS BILIARES DE 5 FR. Y LONGITUD SEGUN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE. NOS PERMITA OFERTAR: 9) CATETER DE COLANGIOGRAFIA PARA INYECTAR UN MEDIO DE CONTRASTE RADIOPACO A TRAVÉS DEL CONDUCTO CISTICO DENTRO DEL CANAL BILIAR, CON TAPA RIGIDA DE 3-20F.	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,**  
**PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.**

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			<p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA ADULTO:</p> <p>7) CLIPS VASCULARES DE POLIMERO 5 MM. (PZA.) NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>7) CLIPS VASCULARES DE POLIMERO 5 A 13 MM. (PZA.) DE ACUERDO A COMPATIBILIDAD CON INSTRUMENTAL DE APLICACIÓN SOLICITADO EN EL ANEXO T3 Y TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
134	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.117 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA PEDIÁTRICA. **:</p> <p>6) CLIPS VASCULARES DE POLIMERO 5 MM. (PZA.) NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>6) CLIPS VASCULARES DE POLIMERO 5 A 13 MM. (PZA.) DE ACUERDO A COMPATIBILIDAD CON INSTRUMENTAL DE APLICACIÓN SOLICITADO EN EL ANEXO T3 Y TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
135	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO:</p> <p>4) FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>4) FRESA PARA HUESO DE 4.0 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES</p>
136	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS		





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
137	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. ¿SE PERMITA OFERTAR? 4) FRESA PARA HUESO DE 3.5 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. ¿SE PERMITA OFERTAR? 4) FRESA PARA HUESO DE 4.0 A 5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
138	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. ¿SE PERMITA OFERTAR? 4) FRESA PARA HUESO DE 4.0 A 5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
139	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO: 7) ELECTRODO TIPO AGUJA DE 0.5 A 0.8 MM., DE DIÁMETRO Y DE 100 A 110 MM., DE LONGITUD. O ¿SE PERMITA OFERTAR? 7) ELECTRODO ACTIVO DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/16" DE DIÁMETRO, Y LONGITUD 100 A 110 MM. ¿SE ACEPTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
140	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN 10.02.004 CIRUGIA DE OIDO , SERA REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: - CUCHILLA CORTADORA O FRESA CORTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO. YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES



2023  
FAMILIA  
VILLA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-0506GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
141	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN 10.02.104 CIRUGIA DE OIDO PEDIATRICO , SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO:          - CUCHILLA CORTADORA O FRESA CORTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO          YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO.          ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?          SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.04.018 LITOTRICIA URETERAL RÍGIDA ADULTO:          3) GUIA PARA CATÉTER URETERAL DE ALAMBRE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 0.035" A 0.038" PULGADAS, LONGITUD DE 145 A 150 CM., PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM.          NOS PERMITA OFERTAR:          3) GUIA PARA CATÉTER URETERAL DE ALAMBRE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 0.035" A 0.038" PULGADAS, LONGITUD DE 145 A 150 CM., PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. A 8 CM.          ¿SE ACEPTA?          ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
142	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO:          9) "MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 30 X 30 CM. O" NOS PERMITA OFERTAR:          9) MALLA DE POLIPROPILENO DE 25 A 35 CM. X 25 A 35 CM.          ¿SE ACEPTA?          ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
143	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO:          SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL NUMERAL 9 QUE DICE:          9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 30 X 30 CM. O 1 MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICÓLICO DE DOS SUPERFICIES. 1          9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 30 X 30 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
144	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO:          SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL NUMERAL 9 QUE DICE:          9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 30 X 30 CM. O 1 MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICÓLICO DE DOS SUPERFICIES. 1          9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 30 X 30 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN.

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
145	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>ACIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES. 1 ESTO AL CONSIDERAR QUE SOLO ES NECESARIO UN PRODUCTO POR PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>¿SE ACEPTA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO:          MANGUERA PARA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN, LONGITUD DE 250 CM., O MAYOR, ESTERIL.          ASIGNADO A LAS CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.02.003, 10.02.004, 10.02.103, 10.02.104          NOS PERMITA OFERTAR:          2) MANGUERA DE IRRIGACIÓN PARA CUCHILLAS Y FRESAS, COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO.          ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO, NUMERAL          4) *FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 1.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD.*          SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO:          4) FRESA PARA HUESO DE 4.0 MM. DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 15° Y 12.0 CM., DE LONGITUD.          ¿SE ACEPTA?</p> <p>BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.902          DICE: FRESA CORTANTE O ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD.          SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO:          FRESA CORTANTE OVAL PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 MM., DIÁMETRO POR 12.5 CM., DE LONGITUD.DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE.          ¿SE ACEPTA?</p> <p>BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.902          DICE:FRESA CORTANTE O ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD.          SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO:          FRESA CORTANTE ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
146	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
147	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
148	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

Verificada en: C. P. 45509, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



*[Handwritten signatures in blue ink]*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-0505GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CARTILAGO, ANGULACION DE 12", 3.0MM, DIAMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCION DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.903 DICE: "FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIAMETRO, CON ANGULACION DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA PARA HUESO DE 4.0 MM., DE DIAMETRO, CON ANGULACION DE 70° Y 13.0 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCION DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.903 DICE: "FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIAMETRO, CON ANGULACION DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA PARA HUESO DE 4.0 MM., DE DIAMETRO, CON ANGULACION DE 15° Y 12.0 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCION DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO: 10.02.004 CIRUGIA DE OIDO SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: "CUCHILLA CORTADORA FRESA CORTANTE" YA QUE SON NECESARIAS PARA EL ACCESO Y LA CORRECTA PREPARACION DE LA CAVIDAD ¿ES CORRECTA NUESTRA APROVECIACION? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 10.06.027 LAPAROSCOPIA ETAPIFICADORA PARA CANCER GINECOLOGICO, NUMERAL 9 10.06.002 APENDICECTOMIA LAPAROSCÓPICA ADULTO, NUMERAL 9 10.06.102 APENDICECTOMIA LAPAROSCÓPICA PEDIÁTRICA, NUMERAL 8 10.07.101 TORACOSCOPIA CON CORRECCION DE MALFORMACIONES CONGENITAS TORACICAS, NUMERAL 6 HACE REFERENCIA A:	NO SE ACEPTA LA PROUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
149	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	NO SE ACEPTA LA PROUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
150	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	NO SE ACEPTA LA PROUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
151	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
152	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES



*(Handwritten signatures and marks)*



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
153	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	"NUDO PREFORMADO DE POLIGLACTINA 910 O ÁCIDO POLIGLICOLICO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: "LOOP Y NUDO DESLIZANTE PREFORMADO DE PGLA." EN EL ENTENDIDO DE QUE LA NOMENCLATURA CORRESPONDE AL COMPUESTO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.06.027 LAPAROSCOPIA ETARIFICADORA PARA CÁNCER GINECOLÓGICO NUMERAL 9)NUDO PREFORMADO DE POLIGLACTINA 910 O ACIDO POLIGLICOLICO O SUTURA PREAMUDADA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR LOOP Y NUDO DESLIZANTE PREFORMADO DE PGLA. EN EL ENTENDIDO DE QUE LA NOMENCLATURA CORRESPONDE AL COMPUESTO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
154	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	10.06.013 COLECTOMIA NO ASISTIDA, NUMERAL 10 DICE: "CARTUCHO 30, 35, 45, 60, 80 MM., DE LONGITUD CON GRAPAS DE 1.0 A 4.5 MM., DE ALTURA." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: CARTUCHO 30, 35, 45, 60 MM., DE LONGITUD CON GRAPAS DE 1.0 A 4.5 MM., DE ALTURA. YA QUE LA MEDIDA DE 80 MM CORRESPONDE A ELEMENTOS EMPLEADOS EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA ABIERTA.¿SE ACEPTA? TORACOSCOPIA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 TORACOSCOPIA CON CORRECCIÓN DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS TORÁCICAS, NUMERAL 1	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
155	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	10.07.102 TORACOSCOPIA DIAGNÓSTICA, NUMERAL 1 10.07.103 TORACOSCOPIA DIAGNÓSTICA CON TOMA DE BIOPSIA, NUMERAL 1 DICE: "TROCARES FLEXIBLES PUNTA ROMA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3, 5, 10, 11, 12 Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS; CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEJIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO:	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES

*[Handwritten signature]*





GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			<p>"TROCARRES Y CAMISAS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5, 10, 11, 12 Y 15 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCION DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCION DEL PACIENTE." ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>TORACOSCOPIA DE MEDIA STINO Y CORAZON PEDIATRICA 10.07.101 TORACOSCOPIA CON CORRECCION DE MALFORMACIONES CONGENITAS TORACICAS, NUMERAL 1 10.07.102 TORACOSCOPIA DIAGNOSTICA NUMERAL 1 10.07.103 TORACOSCOPIA DIAGNOSTICA CON TOMA DE BIOPSIA, NUMERAL 1 DICE: "TROCARRES FLEXIBLES PUNTA ROMA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3, 5, 10, 11, 12 Y 15 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCION DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCION DEL PACIENTE." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: TROCARRES FLEXIBLES PUNTA ROMA, REUSABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3, 5, 10, 11 Y 12 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCION DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCION DEL PACIENTE." ESTOS COMPATIBLES CON INSTRUMENTAL OFERTADO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
156	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>TROCARRES FLEXIBLES PUNTA ROMA, REUSABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3, 5, 10, 11 Y 12 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCION DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCION DEL PACIENTE." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: TROCARRES FLEXIBLES PUNTA ROMA, REUSABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3, 5, 10, 11 Y 12 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCION DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCION DEL PACIENTE." ESTOS COMPATIBLES CON INSTRUMENTAL OFERTADO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>10.04.119. LITOTRIZIA VESICAL PEDIATRICA NUMERAL 4) "CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL, DE 4 FR. X 65 A 70 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 4) CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4.5 FR. X 65 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES, DE ACUERDO A DESCRIPCION DE FABRICANTE.</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
157	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS		NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN;**  
**PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.**

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
158	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE A CUAL DE ESTAS DOS CLAVES 10.04.917 Y 10.04.925 PERTENECE LA DESCRIPCIÓN: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 A 5.8 MM X 10 CM., Ó 4 MM. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 5.8 MM X 4 CM. DE LONGITUD DE BALÓN. YA QUE LA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA EN LAS CLAVES MENCIONADAS.	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
159	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.04.915 "DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 FR. X 10 CM., Ó 4 FR. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 FR X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 MM X 10 CM., Ó 4 MM X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 10.04.115 URETROTOMIA INTERNA PEDIATRÍA, NUMERAL 3) "MANGUERA EN Y CON CONTROL DE GOTEÓ." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR: 3) MANGUERA PARA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN, ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION
160	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	10.06.047 PROSTATECTOMÍA LAPAROSCÓPICA, NUMERAL 10 "SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 MM., CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE; TIPO FOLEY DE DOS VÍAS; CALIBRES: 18 O 20 O 22 FR." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE; TIPO FOLEY DE DOS VÍAS; CALIBRES: 18 O 20 O 22 FR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
161	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.04.915 DICE "DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 FR. X 10 CM., Ó 4 FR. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 FR X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
162	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.04.915 DICE "DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 FR. X 10 CM., Ó 4 FR. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 FR X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-0500GYR002-T.-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			<p>DESCRIPCIÓN SE REFIERE A:            DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM X 10 CM. PARA PEDIATRIA 3.8 A 4 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN.            ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?*</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS:            10.04.018 LITOTRICIA URETERAL RIGIDA ADULTO, NUMERAL 4            10.04.020 LITOTRICIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LASER), NUMERAL 8            10.06.039 PIEL OURETEROLITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9            SE SOLICITA:            "SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM. CALIBRE. 5 FR. CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 5 FR. POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD. O"            SE PERMITE OFERTAR:            "SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", 5 FR. LONGITUD 24 CM. EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI", DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DE CADA FABRICANTE.            ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
163	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS:            10.04.906 SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM. CALIBRE. 5 FR. CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO. RADIOPACO. CON POSICIONADOR. O            NOS PERMITA OFERTAR COMO:            10.04.906. SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", 5 FR. LONGITUD 24 CM. EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.            ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>
165	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>10.04.016 LITOTRICIA PERCUTÁNEA. NUMERAL 7            "AGUA DE PUNCIÓN PERCUTÁNEO DE TRES ELEMENTOS."            SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>





Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,**  
**PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.**

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
166	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>OFERTAR:                      AGUJA DE PUNCIÓN PERCUTÁNEO DE DOS O TRES ELEMENTOS. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.                      ¿SE ACEPTA?                      10.04.115 URETROTOMÍA INTERNA PEDIÁTRICA, NUMERAL 3                      "MANGUERA EN Y CON CONTROL DE GOTEÓ." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR:                      MANGUERA PARA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN, LONGITUD DE 250 CM., O MAYOR, ESTÉRIL.                      ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?                      SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO 10.01.012 ARTROSCOPIA DE MUÑECA/CODO/TOBILLO CON IMPLANTE, SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO:                      PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.0 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCIÓN AGRESIVA DE HUESO DESDE 2 MM. Sonda o PUNTA DERADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR ANGULADA O RECTA U OVAL, PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES.                      YA QUE SON NECESARIAS PARA LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD PREVIA COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE REPARACIÓN DE PEQUEÑAS ARTICULACIONES.                      FAVOR DE ACLARAR</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
167	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE.                      7) SISTEMA PARA REPARACIÓN DE LABRUM, TIPO ANCLA BIOCMPUESTA DE 2.0 A 3.0 MM., CON UNA O DOS SUTURAS O ANCLA METÁLICA AUTORROSCANTE CON UNA SUTURA DE 2.0MM A 3.5 MM, SUTURA DE 2 O 4 HILOS MONTADA EN PIEZA DE MANO.                      ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A:                      7) SISTEMA PARA REPARACIÓN DE LABRUM, TIPO ANCLA BIOCMPUESTA DE 2.0 A 3.0 MM., CON UNA O DOS SUTURAS O ANCLA METÁLICA AUTORROSCANTE DE 2.0MM A 3.5 MM, CON UNA SUTURA DE 2 O 4 HILOS MONTADA EN PIEZA DE MANO.</p>	SI SE REQUIERE YA QUE SON PARA ARTICULACIONES PEQUEÑAS
168	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE.                      7) SISTEMA PARA REPARACIÓN DE LABRUM, TIPO ANCLA BIOCMPUESTA DE 2.0 A 3.0 MM., CON UNA O DOS SUTURAS O ANCLA METÁLICA AUTORROSCANTE CON UNA SUTURA DE 2.0MM A 3.5 MM, SUTURA DE 2 O 4 HILOS MONTADA EN PIEZA DE MANO.                      ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A:                      7) SISTEMA PARA REPARACIÓN DE LABRUM, TIPO ANCLA BIOCMPUESTA DE 2.0 A 3.0 MM., CON UNA O DOS SUTURAS O ANCLA METÁLICA AUTORROSCANTE DE 2.0MM A 3.5 MM, CON UNA SUTURA DE 2 O 4 HILOS MONTADA EN PIEZA DE MANO.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

Periferico S / No. 8009, Col. Santa María Tlaquepazan, C. P. 45009, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
169	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                      SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.01.0111 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE,                      7) SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR, TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACA CORCHOS, MONTADO EN PIEZA DE MANO Y SUTURA DE 3.5 A 6.5 MM., DE DIÁMETRO. O                      ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A:                      7) SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR, TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACA CORCHOS DE 3.5 A 6.5 MM. DE DIÁMETRO Y SUTURA MONTADA EN PIEZA DE MANO.                      ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
170	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO 10.01.0113 ARTROSCOPIA DE CADERA SIN IMPLANTE, SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO:                      PUNTA DE RASURADOR, SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA, CANULA ROSCADA GUIA DE NITINOL Y AGUJAS ARTROSCÓPICAS PARA ACCESO YA QUE SON NECESARIAS PARA EL ACCESO Y LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD PREVIA COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE REPARACIÓN FAVOR DE ACLARAR</p>	SI SE ACEPTA SU PROPUUESTA
171	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO.                      4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE DE 3.5 A 4.2 MM., DE DIÁMETRO, DE 10.5 A 11 CM., DE LONGITUD. O                      NOS PERMITA OFERTAR:                      4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE DE 4 MM., DE DIÁMETRO, DE 12 CM., DE LONGITUD                      DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
172	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO.                      4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGLACIÓN DE 30° A 40°, 4.0 A 4.2 MM., DE DIÁMETRO POR 10.5 A 11 CM., DE LONGITUD. O</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
173	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>NOS PERMITA OFERTAR:            4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACIÓN DE 35°, 4.0 MM., DE DIÁMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD.            DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO,            4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACIÓN DE 30° A 40°, 3.5 A 4.0 MM., DE DIÁMETRO POR 10.5 A 11 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR COMO:            4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACIÓN DE 40°, 4.0 MM., DE DIÁMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD.            DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
174	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO,            4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACIÓN DE 30° A 40°, 3.5 A 4.0 MM., DE DIÁMETRO POR 10.5 A 11 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR COMO:            4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACIÓN DE 40°, 3.0 MM., DE DIÁMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD.            DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
175	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO,            4) FRESA CORTANTE ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTÍLAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR COMO:            4) FRESA CORTANTE OVAL PARA HUESO DURO Y CARTÍLAGO DE 3.2 MM., DIÁMETRO POR 12.5 CM., DE LONGITUD.            DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-0500GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
176	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO, 4) FRESA CORTANTE ESFERICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD O NOS PERMITA OFERTAR COMO: 4) FRESA CORTANTE ESFERICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO, ANGIUACION DE 12°, 3.0MM, DIÁMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
177	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. 4) FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGIUACION DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. NOS PERMITA OFERTAR COMO: 4) FRESA PARA HUESO DE 4 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGIUACION DE 70° Y 13.0 CM., DE LONGITUD, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
178	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS 10.06.003 BYPASS GASTRICO, 10.06.032 MANGA GÁSTRICA 7) TROCARES Y CAMISAS PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10, 11, 12 Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 150 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCION DEL PACIENTE. NOS ACLARE SI LO SOLICITADO SE REFIERE A TROCARES Y CAMISAS PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5, 10, 11, 12 Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCION DEL PACIENTE. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTO, SOLO QUE LA LONGITUD ES DE 150MM.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
179	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS 10.06.013 COLECTOMIA NO ASISTIDA, 14) RETRACTOR DE INCISIÓN. NOS PERMITA OFERTAR COMO: 14) RETRACTOR DE HERIDA, CON SU DEBIDA REFERENCIACIÓN GRÁFICA. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
180	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. 5) CUCHILLA CORTADORA CURVA CON MORDIDA EXTERNA PARA TEJIDO SUAVE. CONSIDERE ELIMINAR ESTE RENGLÓN YA QUE EN NUESTRA EXPERIENCIA NO SE REQUIERE Y SOLO ENCARNECE EL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
181	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.04.018 LITOTRICIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4 10.04.020 LITOTRICIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LÁSER), NUMERAL 8 10.06.039 PIELOURETEROLITOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9 10.06.060 PIELOPLASTIA ADULTO, NUMERAL 9 10.06.061 REEMPLANTE URETERO VESICAL LAPAROSCÓPICA ADULTO, NUMERAL 9 CLAVE DE BIENES COMPLEMENTARIOS 10.04.906 BIENES COMPLEMENTARIOS ACLARE SI LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES MENCIONADOS SE REFIERE A: SET Ó EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" DE: 5 FR, A 7 FR, LONGITUD DE 24 A 26 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

*[Handwritten signature]*



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50- GYR-0500GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
182	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.04.018 LITOTRIZIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4 10.04.020 LITOTRIZIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LASER), NUMERAL 8 10.06.039 PIEL O URETERO LITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9 EN LOS QUE SE SOLICITA: SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUJA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD: 24 CM CALIBRE: 6 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO, LONGITUD: 70 CM CALIBRE 6 FR POSICIONADOR, RADIO PAGO DE 50 CM DE LONGITUD. "O" NOS PERMITE OFERTAR COMO: SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", 6 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUJA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
183	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.04.018 LITOTRIZIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4 10.04.020 LITOTRIZIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LASER), NUMERAL 8 10.06.039 PIEL O URETERO LITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9 SE SOLICITA: SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUJA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD: 26 CM CALIBRE: 5 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO, LONGITUD: 70 CM CALIBRE 5 FR POSICIONADOR, RADIO PAGO DE 50 CM DE LONGITUD. "O" SE PERMITE OFERTAR: SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", 5 FR, LONGITUD 26 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUJA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA



2023  
FABRICADO  
VILLA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
184	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.04.018 LITOTRIZIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4</p> <p>10.04.020 LITOTRIZIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LASER), NUMERAL 8</p> <p>10.06.039 PIELOURETEROLITOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9</p> <p>EN LOS QUE SOLICITAN:</p> <p>SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 6 FR CATETER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD.70 CM CALIBRE 6 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD. O</p> <p>SE NOS PERMITA OFERTAR COMO:</p> <p>SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 6 FR LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
185	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.06.060 PIELOPLASTIA ADULTO, NUMERAL 9</p> <p>10.06.061 REEMPLANTE URETERO VESICAL LAPAROSCOPICA ADULTO, NUMERAL 9</p> <p>EN LOS QUE SE SOLICITA:</p> <p>SET Ó EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", RADIOPACO, CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD DE 24 A 26 CM., CATETER URETERAL DE POLIURETANO 4.5 FR. A 7 FR., LONGITUD DE 70 CM., POSICIONADOR DE 4.7 FR. A 7 FR., DE 50 CM., DE LONGITUD.</p> <p>SE NOS PERMITA OFERTAR COMO:</p> <p>SET Ó EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 4.7 FR. A 7 FR., LONGITUD DE 24 A 26 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

*[Handwritten signatures in blue ink]*



2023  
FALLO  
VILLA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 No. LA-50-GYR-0500GYR002-T-196-2023  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
186	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>10.04.020 LITOTRIZIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LASER), NUMERAL</p> <p>10. SONDA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICON O TOTALMENTE DE SILICON, CON GLOBO DE AUTO RETENCION DE 1.5 A 3 ML., CON VALVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VÍAS, CALIBRE 18 A 22 FR. O</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR:</p> <p>SONDA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICON O TOTALMENTE DE SILICON, CON GLOBO DE AUTO RETENCION DE 5 ML., CON VALVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VÍAS, CALIBRE 18 A 22 FR. ODE ACUERDO A DESCRIPCION DE FABRICANTE</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO: 10.06.039 PIELOURETEROLITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9</p> <p>EN EL QUE SE SOLICITA:</p> <p>SET O EQUIPO DE CATETERES URETERALES DOBLE "J", RADIOPACO, CONSTA DE: GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD DE 24 CM., CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO 4.7 FR. O MAYOR, LONGITUD DE 70 CM., POSICIONADOR DE 5 FR. O MAYOR, DE 50 CM. DE LONGITUD. O SE PERMITA OFERTAR COMO:</p> <p>SET O EQUIPO DE CATETERES URETERALES DOBLE "J" 5 FR. O MAYOR, LONGITUD DE 24 CM., EL CUAL INCLUYE STENT, GUIA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SÍ, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p> <p>BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.04.912 DICE: "DILATADOR URETERAL DE BALÓN, HIDRÁULICO DE 6 FR. X 10 CM., INCLUYE SISTEMA DE INFLADO."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: "DILATADOR URETERAL DE BALÓN, HIDRÁULICO DE 6 MM X 10 CM., INCLUYE SISTEMA DE INFLADO."</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
187	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS		SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
188	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS		ES CORRECTO SU APRECIACIÓN



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
189	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.04.018 LITOTRÍCIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4</p> <p>10.04.020 LITOTRÍCIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LÁSER), NUMERAL 8</p> <p>10.06.039 PIELOURETEROLITOMÍA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9</p> <p>SE SOLICITA:</p> <p>*SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD, 24 CM CALIBRE, 7 FR CATERETER URETERAL DE POLIURETANO, LONGITUD 70 CM CALIBRE 7 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD 0"</p> <p>SE PERMITE OFERTAR:</p> <p>SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 7 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
190	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS:</p> <p>10.01.903 ANCLAS BIODEGRADABLE O COMPUESTAS SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>10.01.903 ANCLA PK DE SUTURA DE 4.5 A 5.5 MM.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS:</p> <p>10.01.903 ANCLAS BIODEGRADABLE O COMPUESTAS SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>10.01.903 ANCLA DE SUTURA SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
191	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS:</p> <p>10.01.903 ANCLAS BIODEGRADABLE O COMPUESTAS SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>10.01.903 ANCLA DE SUTURA SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
192	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS:</p> <p>10.01.911 SISTEMA DE FIJACIÓN DEL REBORDE GLENOIDEO, CON CABEZA DE 2.8 A 3.5 MM, DE DIÁMETRO</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES

Periferico S. de C.V. No. 4800, Col. Santa María Tequepexpan, C. P. 45509, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco




*(Handwritten signatures in blue ink)*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,  
 No. LA-50- GYR-0505GYR002-T-196-2023  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.911 ANCLA DE TI SUTURA DE 2.8MM Y 3.5 MM, ESTERIL, PARA LA FIJACION DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
193	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.912 SISTEMA DE REPARACIÓN DE MUÑECA, CODO Y TOBILLOS TIPO ANCLA ENTRE 1.7 A 3.7 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.912 ANCLA DE TI SUTURA DE 2.8MM Y 3.5 MM, ESTERIL, PARA LA FIJACION DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
194	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.912 SISTEMA DE REPARACIÓN DE MUÑECA, CODO Y TOBILLOS TIPO ANCLA ENTRE 1.7 A 3.7 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.912 ANCLA DE SUTURA CURVA DE 2.3MM, ESTERIL, PARA LA FIJACION DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
195	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.915 SISTEMA DE REDUCCIÓN ACROMIO CLAVICULAR POR BOTONES CORTICALES Y SUTURA DE ESPECIALIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.915 KIT DE REPARACIÓN AC. INCLUYE IMPLANTE AC. ALAMBRE PARA PASAR SUTURAS Y EMPUJADOR DE NUDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES

Señalada por el...



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
196	TÉCNICO	5.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CATÁLOGO:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.921 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA DE DIÁMETRO 00 O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA 2-0 DE DIÁMETRO DE POLIETILENO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.921 SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR 2-0 BLANCA Y AGUJAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.04.904 SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN Ó TOTALMENTE DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 Y 30 ML., ESTÉRIL Y DESECHABLE; TIPO FOLEY DE DOS Ó TRES VÍAS, CALIBRES: 14, 16, 18, 20, 22 Y 24 FR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.04.904 SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE LÁTEX RECUBIERTA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 Y 30 CC., ESTÉRIL Y DESECHABLE; TIPO FOLEY DE DOS Ó TRES VÍAS, CALIBRES: 14, 16, 18, 20, 22 Y 24 FR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
197	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.02.901 SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS DE 30 CC Y DE 10 CC (TAMAÑO 4.5 A 9 CM). EN BASE A NUESTRA EXPERIENCIA, ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO NO CUENTA CON UN CONSUMO HABITUAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE VALORE LA ELIMINACIÓN DE ESTE INSUMO DENTRO EL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO. ADICIONAL QUE SU APLICACION SE ENFOCA A PROCEDIMIENTOS DE CRANEO TOMÍA, LO QUE NO TENDRIA AFECTACIONES EN LOS SMI PARA PMI. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
198	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.02.901 SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS DE 30 CC Y DE 10 CC (TAMAÑO 4.5 A 9 CM). EN BASE A NUESTRA EXPERIENCIA, ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO NO CUENTA CON UN CONSUMO HABITUAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE VALORE LA ELIMINACIÓN DE ESTE INSUMO DENTRO EL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO. ADICIONAL QUE SU APLICACION SE ENFOCA A PROCEDIMIENTOS DE CRANEO TOMÍA, LO QUE NO TENDRIA AFECTACIONES EN LOS SMI PARA PMI. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
199	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/- 10% EN LAS MEDIDAS PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.103 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS PEDIÁTRICA:</p> <p>4) FRESA PARA HUESO DE 3.0 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO POR 7.6 A 11 CM., DE LONGITUD.</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES DE PROCEDIMIENTO: 10.06.158 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA PEDIÁTRICA.</p> <p>8) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM, O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ACIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>8) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM, O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ACIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
200	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO, 10.06.059 PLASTIA DE HERNIA VENTRAL.</p> <p>9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM, O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ACIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 36 X 25 A 36 CM, O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ACIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
201	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO, 10.06.059 PLASTIA DE HERNIA VENTRAL.</p> <p>9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM, O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ACIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 36 X 25 A 36 CM, O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ACIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
202	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES DE PROCEDIMIENTO: 10.06.158 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA PEDIÁTRICA.</p> <p>8) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>8) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 36 X 25 A 36 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO, 10.06.059 PLASTIA DE HERNIA VENTRAL.</p> <p>9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	NO SE SOLICITA ESE INSUMO EN LAS PRESENTES BASES
203	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS:</p> <p>10.02.901 SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE</p> <p>HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS DE 30 CC Y DE 10 CC (TAMAÑO 4.5 A 9 CM).</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>10.02.901 SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE</p> <p>HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS (TAMAÑO 4.5 A 9 CM). Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
204	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS:</p> <p>10.02.901 SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE</p> <p>HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS DE 30 CC Y DE 10 CC (TAMAÑO 4.5 A 9 CM).</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>10.02.901 SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE</p> <p>HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS (TAMAÑO 4.5 A 9 CM). Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

Revisado en: C.P. 3809, Cof. Santa María Tenquespan, C. P. 45009, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



2023  
 Fideicomiso  
 VILLA

*(Handwritten signatures and initials)*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
205	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR LAS MEDIDAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN CATALOGOS, MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR QUE CONFIRME QUE EL MATERIAL DESCRITO EN LOS ANEXOS T2, T3 Y T4 (EQUIPO, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO) CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS Y PRESENTADAS EN LA PROPUESTA TECNICA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
206	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA SIMPLE DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA MARCA SOBRE LOS PUNTOS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADOS EN FOLLETO, CATALOGO, FOTOGRAFIAS, MANUALES. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
207	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ULTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACION), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
208	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA REFERENCIAR EN LOS REGISTROS SANITARIOS AQUELLAS CARACTERISTICAS O DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN CASO DE REQUERIRSE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
209	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA MARCA QUE AVALE LOS PUNTOS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADOS EN FOLLETO, CATALOGO, FOTOGRAFIAS, MANUALES. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
210	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/- 10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL VIGENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
211	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES REPORTE MENSUAL	DICE: "REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS" DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR Y SE REFIERE AL ANEXO T19 REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS, DE ACUERDO AL NUMERAL 23. RELACION DE ANEXOS. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
212	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T19 (T DIECINUEVE) DESIGNACION DE SUPERVISOR	ANEXO T19 (T DIECINUEVE) DESIGNACION DE SUPERVISOR EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO ENTENDEMOS QUE EN EL RECUADRO DE "IDENTIFICACIÓN OFICIAL" DEBERÁ ASENTARSE SÓLO EL NÚMERO DE ALGUNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON LA QUE EL PERSONAL ESTÉ EN CONDICIONES DE IDENTIFICARSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBERA ASENTAR EL NOMBRE (INE, LICENCIA) Y NUMERO
213	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T20 (T VEINTE) DESIGNACION DE TÉCNICOS	ANEXO T20 (T VEINTE) DESIGNACION DE TÉCNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA ENTENDEMOS QUE EN EL RECUADRO DE "IDENTIFICACIÓN OFICIAL" DEBERÁ ASENTARSE SÓLO EL NÚMERO DE ALGUNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON LA QUE EL PERSONAL ESTE EN CONDICIONES DE IDENTIFICARSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBERA ASENTAR EL NOMBRE (INE, LICENCIA) Y NUMERO
214	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR	ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA TÉCNICO EN SITIO/SUPERVISOR.	DEBERA DE LLENAR CON EL NOMBRE DEL TÉCNICO EN SITIO ASIGNADO A CUBRIR EL PROCEDIMIENTO, NOMBRE DE SU TÍTULO ACADÉMICO, TELEFONO FIJO DE OFICINA, NUMERO DE CELULAR DEL TÉCNICO EN SITIO, CORREO ELECTRONICO OFICIAL DEL TÉCNICO EN SITIO, LA UNIDAD MEDICA QUE TIENE ASIGNADA, EL TURNO DE ATENCION (MATUTINO/VEPERTINO), NUMERO DE IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE Y FIRMA AUTOGRAFA DE ACEPTACION CONFORME A SU INE.
215	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR	ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS.	CORRESPONDE AL GRADO DE ESTUDIO MAXIMOS DEL CAPITAL HUMANO
216	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR	ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA EXPERIENCIA LABORAL.	CORRESPONDE A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO QUE OCUPA DENTTRO DE EMPRESA
217	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR	ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA EXPERIENCIA LABORAL.	CORRESPONDE ALA EXPERIENCIA INDIVIDUAL DEL CADA TECNICO
218	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T23 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL	ANEXO T23 (T VEINTITRES) PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL ANEXO T23 PROPUESTA EQUIPO. EN LA SECCIÓN	DEBERA DE COLOCAR LA FECHA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION QUE MENCIONA QUE DICHO INSUMO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO Y ADJUNTA LA COPIA DEL DOF DEBIDAMENTE IDENTIFICADA

Periférico S. de C.V. Rd. 8000, Col. Santa María Tequeopexpan, E. P. 45500, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



*(Handwritten signatures and marks)*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
219	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T30 (T TREINTA) CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO	DOCUMENTAL. EN EL CASO DE LA COLUMNA "FECHA DE VIGENCIA REG SSA" CUANDO SE MENCIONE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DOF EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿QUE FECHA DE VIGENCIA DEBERA COLOCARSE? MENCIONA EL ANEXO T30 "PRESENTAR LA BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, EN EL CUAL ASEGURO QUE NO HA TENIDO MAS DE TRES FALLAS CONSECUTIVAS". ENTENDEMOS QUE DICHA BITÁCORA SOLO SE PRESENTARA POSTERIOR AL FALLO DEL EQUIPO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA ABRECIACIÓN? INGISO A), B), C), D) Y E) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO QUE MANEJA MI REPRESENTADA, SOLO LOS QUE CORRESPONDEN A CADA INCISO PARA COMPROBAR LA METODOLOGIA. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ULTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACION), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIOS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS EXPRESAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN FOLLETOS, CATALOGOS O MANUALES. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/-10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	SI ES CORRECTA LA ABRECIACIÓN
220	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.19 METODOLOGIA.	INGISO A), B), C), D) Y E) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO QUE MANEJA MI REPRESENTADA, SOLO LOS QUE CORRESPONDEN A CADA INCISO PARA COMPROBAR LA METODOLOGIA. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ULTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACION), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIOS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS EXPRESAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN FOLLETOS, CATALOGOS O MANUALES. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/-10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
221	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS.	INGISO A), B), C), D) Y E) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO QUE MANEJA MI REPRESENTADA, SOLO LOS QUE CORRESPONDEN A CADA INCISO PARA COMPROBAR LA METODOLOGIA. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ULTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACION), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIOS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS EXPRESAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN FOLLETOS, CATALOGOS O MANUALES. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/-10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
222	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS.	INGISO A), B), C), D) Y E) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO QUE MANEJA MI REPRESENTADA, SOLO LOS QUE CORRESPONDEN A CADA INCISO PARA COMPROBAR LA METODOLOGIA. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ULTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACION), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIOS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS EXPRESAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN FOLLETOS, CATALOGOS O MANUALES. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/-10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
223	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.1 PROPUESTA TÉCNICA	INGISO A), B), C), D) Y E) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO QUE MANEJA MI REPRESENTADA, SOLO LOS QUE CORRESPONDEN A CADA INCISO PARA COMPROBAR LA METODOLOGIA. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ULTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACION), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIOS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS EXPRESAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN FOLLETOS, CATALOGOS O MANUALES. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/-10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
224	TÉCNICO	CONVOCATORIA ANEXO NUMERO 1 (UNO) RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 6.3 FRACCIÓN V. DICE: "... COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 2.1 Y 2.2 DE LAS PRESENTES BASES, SEGUN CORRESPONDA.", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE	SOLO DEBERA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.1 COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO 6.3 FRACCIÓN V. DE LAS BASES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
225	TÉCNICO	ANEXO TECNICO 3. EQUIPO MEDICO	HACE REFERENCIA CON EL NUMERAL 2.2 YA QUE DENTRO DE LA CONVOCATORIA NO SE ENCUENTRA MENCIONADO DICHO NUMERAL. DICE: "...SE REQUIERE DE EQUIPOS NUEVOS O USADOS ESTOS ÚLTIMOS DE NO MÁS DE 10 AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN" DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A QUE: "SE REQUIERE DE EQUIPOS NUEVOS O USADOS ESTOS ÚLTIMOS DE NO MÁS DE 10 AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2014)" ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
226	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.7 FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS:	DICE: "...FORMATO T30 CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 10 (DIEZ) AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2014)." ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE RESPETAR LO REFERIDO EN ESTE NUMERAL, EN RELACION A VIGENCIA DEL EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 10 (DIEZ) AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2014)?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
227	TÉCNICO	ANEXO TECNICO 4.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL INSTRUMENTAL	4.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL INSTRUMENTAL CONTENIDO EN EL ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE INSTRUMENTO SERA EL QUE DEBEMOS ADJUNTAR COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA TECNICA YA QUE EN EL NUMERAL 4.1.1 MENCIONA LO SIGUIENTE "EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA EL FORMATO T23 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" (PRESENTAR FORMATO EN PDF Y EXCEL EDITABLE)" SIN EMBARGO EN EL DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA MENCIONA EL ANEXO T24 (T VEINTICUATRO) PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL PROPUESTA DE INSTRUMENTAL.	DEBERA PRESENTAR LOS DOS ANEXOS YA QUE EL ANEXO T23 REFIERE A EQUIPO Y ANEXO T24 A INSTRUMENTAL
228	TÉCNICO	ANEXO TECNICO 4.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL INSTRUMENTAL	4.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL INSTRUMENTAL CONTENIDO EN EL ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI" DICE: "ANEXO T24 (T VEINTICUATRO) PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL PROPUESTA DE INSTRUMENTAL" DEBEMOS ENTENDER QUE EXISTE UN ERROR INVOLUNTARIO YA QUE EN ANEXO TECNICO MENCIONA LO SIGUIENTE: 4.1.1 "EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA PRESENTAR ANEXO T23 PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL DE EQUIPOS Y T24 PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL DE INSTRUMENTOS

Periferico No. 8809, Col. Santa María Tequequespan, C. P. 45008, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



*(Handwritten signatures in blue ink)*



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
232	TÉCNICO	ANEXO T30 (T TREINTA)	DICE: "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 4 AÑOS CERO MESES AÑOS DE FABRICACION (A PARTIR 2016)." DEBEMOS ENTENDER QUE EXISTE UN ERROR INVOLUNTARIO YA QUE EN ANEXO TECNICO MENCIONA LO SIGUIENTE: "...FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO FECHA DE FABRICACION", EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS TIENEN UNA FECHA DE FABRICACIÓN NO MAYOR A 10(DIEZ) AÑOS CERO MESES ..." ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
233	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 2A Y 2B ANEXO TÉCNICO TERMINOS Y CONDICIONES	EL ARCHIVO DE CONVOCATORIA SE REFIERE A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO TALES Y LOS ENLISTA EN EL NUMERAL 23. RELACION DE ANEXOS, SIN EMBARGO EN LOS ANEXOS NÚMERO 2A ANEXO TÉCNICO Y 2B TERMINOS Y CONDICIONES, SE REFIEREN A ESTOS ANEXOS COMO FORMATOS, LO QUE NOS INDICA QUE PODRAN SER REFERIDOS COMO FORMATOS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO. ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTA SU APRECIACION
234	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.1 INCISO K	LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE IMPORTACION, DEBERAN ENVIAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA, CON EL FABRICANTE QUE LOS BIENES IMPORTADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DEL TRATADO QUE CORRESPONDA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE ESCRITO SE PRESENTE SOLAMENTE FIRMADO POR EL LICITANTE Y EN HOJA MEMBRETADA DE MI REPRESENTADA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
235	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.1 INCISO I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS CON UNA FECHA DE EMISIÓN DE AL MENOS 2 DÍAS HÁBILES PREVIOS AL EVENTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES. DEBIDO A LA VIGENCIA DE DICHA CONSTANCIA Y A LAS CONSTANTES FALLAS QUE TIENE LA PLATAFORMA. ¿SE ACEPTA?	
236	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NÚMERO 2B TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	VIGENCIA Y PLAZO DEL SERVICIO LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN SERÁ DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 15 DE OCTUBRE DE 2023 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DEBIDO QUE EN LA REFERENCIA DE	LA VIGENCIA SERÁ DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formulario de Preguntas y Respuestas - 2023



*[Handwritten signatures in blue ink]*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
237	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.18 ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	LAS BASES MENCIONA QUE LA VIGENCIA ES DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA SU PROPUESTA
238	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 2A ANEXO TÉCNICO Y 2B TÉRMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO Y ANEXO TÉCNICO, MEDIANTE TRANSCRIPCIÓN EN PAPEL MEMBRETADO DE MI REPRESENTADA EN ARCHIVO WORD EDITABLE Y PDF NO MODIFICABLE Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
239	TÉCNICO	ANEXO 2B 4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTES Y 4.2.18 ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CONTRATOS SIN ANEXOS A LOS QUE HACE REFERENCIA LOS NUMERALES 4.2.17 Y 4.2.18, LO ANTERIOR DEBIDO A LA CANTIDAD DE HOJAS DE LOS ANEXOS Y POR CUESTIONES DEL PESO EN LOS ARCHIVOS AL MOMENTO DE LA CARGA EN LA PLATAFORMA COMPRANET ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
240	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 NUMERAL IV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA PROPOSICIÓN CON FOLIO INDEPENDIENTE INICIANDO CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONOMICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
241	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PLATAFORMA COMPRANET	SOLICITA LA CONVOCANTE EN LA PESTAÑA TÉCNICO Y ECONÓMICO, PARAMETRO 2. COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.2 EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN BASES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE DOCUMENTOS INTEGRAR EN DICHO PARAMETRO. FAVOR DE ACLARAR	NOS REFERIMOS AL PUNTO 2.1, SE CORRIGE PLATAFORMA DE COMPRANET
242	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PLATAFORMA COMPRANET	SOLICITA LA CONVOCANTE EN LA PESTAÑA TÉCNICO Y ECONÓMICO, PARAMETRO 4. ESCRITO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA REDACCIÓN DE DICHO ESCRITO, YA QUE EN BASES NO SE HACE MENCIÓN. FAVOR DE ACLARAR	SE QUITARA ESE PARAMETRO DE LA PLATAFORMA COMPRANET.
243	TÉCNICO	6.3 PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL V	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE DOCUMENTOS INTEGRAR EN ESTE APARTADO. FAVOR DE ACLARAR	SE SOLICITAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.1 DE LAAS BASES

*(Handwritten signatures and initials)*

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
244	TÉCNICO	FORMATO T30	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR DICHO FORMATO, MANIFESTANDO QUE LOS EQUIPO (S) MEDICO(S) PROPIEDAD DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA, CUENTAN CON 10 (DIEZ) AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN, YA QUE EXISTE DISCREPANCIA ENTRE EL ANEXO Y LO SOLICITADO EN BASES ¿SE ACEPTA?	REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE
245	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR DICHO FORMATO, MANIFESTANDO QUE HACE REFERENCIA A LOS INCISOS A), B), E) Y J), YA QUE EXISTE DISCREPANCIA ENTRE EL ANEXO Y LO SOLICITADO EN BASES ¿SE ACEPTA?	REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

*Aclaraciones por parte de la convocante*

ANEXO NÚMERO	NOMBRE
1	RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION.
2A	ANEXO TÉCNICO
2B	ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO
3	FORMATO DE INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL.
4	CARTA DE AUTORIZACION DEL 32 D
5	ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES.
6	MANIFIESTO DE NO ENCUENTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 50 Y 60, DE ABSTENCION, NACIONALIDAD Y NO ESTAR SANCIONADA
7	MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (RESPONDER DAÑOS, NO SE ENCUENTRAN ES SUPUESTOS DE INFRAACCION, INTEGRIDAD, LIBERACION DE RESPONSABILIDAD)
8	MANIFIESTO DE GRADO DE CONTENIDO
9	FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
10	MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA.
11	MODELO DE CONTRATO DE CONTRATACION DE SERVICIOS
12	ESTRATIFICACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
13	PROPOSICION ECONOMICA.
10	PLAN DE TRABAJO
11	**REQUERIMIENTO CONSOLIDADO POR ZONA-REGION-PARTIDA
12	**EQUIPO MEDICO
13	**INSTRUMENTAL
14	**CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO
15	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL
16	REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL
17	FORMATO ENTREGA/RECEPCION DE EQUIPOS
18	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
19	REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
111	GUIA DE DISTRIBUCION DE EQUIPO MEDICO
112	CATALOGO DE UNIDADES MEDICAS
113	FORMATO DE CONTROL DE ENTREGA DE RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO BASICO
114	REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS
115	REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS
115.1	FORMATO NOTIFICACION DE PENAS CONVENCIONAL APLICABLE
115.2	FORMATO NOTIFICACION DE DEDUCTIVAS
116	REPORTE DE INCIDENCIAS
117	RELACION DE MARCAS, MODELOS Y MANUAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO MEDICO
117.1	FORMATO DE ENTREGA/RECEPCION DE SETS INSTRUMENTAL
118	FORMATO DE CONTROL DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS
119	DESIGNACION DE SUPERVISOR
120	DESIGNACION DE TECNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE OPERACION ADMINISTRATIVA
121	CARTA DE COMPROMISO DEL LICITANTE PARTICIPANTE EN LA INSTALACION DE EQUIPO
122	RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE
123	PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL EQUIPO
124	PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL INSTRUMENTAL
125	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE DESINFECCION DE ALTO NIVEL (DAN)
126	CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BASICOS Y BIENES COMPLEMENTARIOS

**23. RELACION DE ANEXOS.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 20



GOBIERNO DE MEXICO

**NOTA.- \*\* CORRESPONDEN A ARCHIVOS ADJUNTOS A LA PRESENTE CONVOCATORIA**

ANEXO NÚMERO	NOMBRE
T27	INFORMACION DE LOS CONTENIDOS Y REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD MEDICA ASIGNADA
T28	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO ITINERANTE
T30	CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO FECHA FABRICA
T31	CARTA RELATIVO A LA OBLIGACION DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MEDICA QUE CORRESPONDA
T32	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50-GYR-050GYR002-T-196-2023  
 CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION  
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 20



GOBIERNO DE MEXICO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

**ANEXO T30 (T TREINTA)  
CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE FECHA DE FABRICACIÓN NO MAYOR A 10(DIEZ) AÑOS**

Instituto Mexicano del Seguro Social  
Licitación Pública No. \_\_\_\_\_  
Presente.

\_\_\_\_\_ (nombre) \_\_\_\_\_ en mi carácter de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa, \_\_\_\_\_ (nombre o razón social del Licitante) \_\_\_\_\_, manifiesto que los equipo(s) médico(s) propiedad de la empresa que represento, cuentan con 4(cuatro) años cero meses de fabricación (a partir de 2018) y se encuentran en condiciones funcionales para cumplir la vigencia del contrato.

Asimismo, en caso de que los equipos médicos que presento anteriormente hallan estado en operación, presentare la bitácora de servicio de mantenimiento del equipo, en el cual aseguro que no ha tenido más de tres fallas consecutivas. De conformidad a lo establecido en los parámetros, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 15 de agosto de 2012, que menciona que el equipo debe encontrarse en óptimas condiciones para la prestación del servicio. Manifiesto conocer que el (los) equipo (s) médico (s) deberán de cubrir la vigencia del contrato del SMI de PMI 202\_.

EQUIPO MÉDICO

FECHA DE FABRICACIÓN

EQUIPO MÉDICO	FECHA DE FABRICACIÓN

Lugar y Fecha.

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal de la empresa.

(Deberá presentarse en PDF, en papel membretado, con fecha de emisión y firma autógrafa)



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-196-2023  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas para remitir por Compranet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, mediante en Compranet.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://udcp-compra.net/inicienda.gob.mx/> Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Periférico sur número 8000, colonia Santa María Tequepepan, un ejemplar de la presente acta en el pizarrón de avisos disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:30 horas, del día, mes y año en que se actúa

NOMBRE		Por el Instituto Mexicano del Seguro Social		FIRMA	
NOMBRE		ÁREA		FIRMA	
Lic. Maria Jose Carrillo Capacete	Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios				
Dra. Sandra Judith Vázquez Avelar	Enc. De la Coordinación Auxiliar de Segundo Nivel de Atención a la Salud				
Lic. Martha Angélica Gallardo Garcia	Área de Adquisiciones				
NOMBRE		Por el órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social		FIRMA	
NOMBRE		ÁREA		FIRMA	
Luis Enrique Gutierrez Valadez	Auditor del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones del órgano Interno de Control, designado mediante oficio número 00641/30.102/3279/2023				