



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR002-N-124-2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADORES EN LAS UNIDADES DEL OOAD DEL IMSS
JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 09:30 horas, del 11 de julio de 2025, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, C.P.45600, Colonia Santa Maria Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

El acto fue presidido por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública)

El funcionario público que preside el presente acto dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de la plataforma del siguiente licitante:

LICITANTE	NUMERO DE PREGUNTAS
AMC BIOMEDICAL SA DE CV	6 PREGUNTAS
CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	2 PREGUNTAS
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	6 PREGUNTAS
GUSTAVO ROSALES MARTINEZ	1 PREGUNTA
MAQUILADORA Y DISTRIBUIDORA RA SAS DE CV	5 PREGUNTAS
MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES SA DE CV	2 PREGUNTAS
PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV	3 PREGUNTAS

NUMERO	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI NOS PERMITE EN CASO DE QUE UN FORMATO NO NOS APLIQUE, SE COLOQUE LA LEYENDA NO APLICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
2	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI NOS PERMITE PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE INFONAVIT CON FECHA DE 7 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
3	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI NOS PERMITE PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE IMSS CON FECHA DE 3 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR002-N-124-2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADORES EN LAS UNIDADES DEL OOAD DEL IMSS
JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

NUMERO	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
4	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI NOS PERMITE PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE SAT CON FECHA DE 3 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
5	MAQUILADORA Y DISTRIBUIDORA RA SAS DE CV	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISAR SI TODOS LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2 SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE FUNCIONANDO?	LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN SERVICIO
6	MAQUILADORA Y DISTRIBUIDORA RA SAS DE CV	EN EL CASO DE QUE ALGUN EQUIPO SE LLEGARA A ENCONTRAR DAÑADO Y POR LA NATURALEZA DE SU AFECTACIÓN LLEGARA A NECESITAR DE UN SERVICIO CORRECTIVO MAYOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISAR HASTA QUE MONTO PODRAN SER CONSIDERADAS ESAS REFACCIONES PARA EL SUMINISTRO PREVIA COTIZACIÓN Y PREVIA AUTORIZACIÓN DEL JCU?	NO SE CUENTA CON UN MONTO LIMITE
7	MAQUILADORA Y DISTRIBUIDORA RA SAS DE CV	PARA EL CASO DE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO ANTE EL IMSS QUE SOLO CUENTA CON 24HRS DE VIGENCIA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHA OPINION CON FECHA DE HASTA 2 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS, PARA EVITAR LA PREMURA DEL TIEMPO Y/O RETRASO POR ALGUNA FALLA EN LA PLATAFORMA.	SE ACEPTA
8	GUSTAVO ROSALES MARTINEZ	CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO 10 PUNTOS MÁXIMOS • CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO 7 PUNTOS. LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR EN ESTE PUNTO LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS O INSTRUMENTAL QUE UTILIZARÁN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTA CONTRATACIÓN. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN ESTE PUNTO NO MENCIONA EL LISTADO DE HERRAMIENTAS QUE SE VAN UTILIZAR EN EL SERVICIO Y COMO EVALUARA LA CONVOCANTE SI NO HAY CANTIDADES Y NO MENCIONA NINGUNA HERRAMIENTA, PODRIA LA CONVOCANTE INFORMAR QUE EQUIPOS SE CALIBRACION SE UTILIZARA EN EL SERVICIO?	EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ACOMPAÑADOS DE SU RESPECTIVA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE
9	MAQUILADORA Y DISTRIBUIDORA RA SAS DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISAR SI LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2 SE ENCUENTRAN EFECTIVAMENTE EN LA UNIDAD QUE MENCIONA, EN CASO CONTRARIO, FAVOR DE MENCIONAR CUAL SERÁ EL PROTOCOLO A SEGUIR PARA REALIZAR EL SERVICIO A DICHS EQUIPOS QUE NO SE ENCUENTREN LOCALIZABLES EN LA UNIDAD DESCRITA?	LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO NUMERO 02 (DOS)
10	MAQUILADORA Y DISTRIBUIDORA RA SAS DE CV	LA PAGINA DE INFONAVIT SOLO PERMITE EMITIR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ANTE EL INFONAVIT 1 VEZ CADA 30 DIAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DICHO DOCUMENTO SEA ACEPTADO CON LA VIGENCIA DE 30 DÍAS QUE TIENE DICHO DOCUMENTO.	SE ACEPTA
11	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO SOLICITADO, SERÁ NECESARIO ANEXAR A NUESTRA PROPUESTA ÚNICAMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS EN FORMATO EDITABLE (WORD O EXCEL) O SI POR EL CONTRARIO ES NECESARIO ANEXAR LA PROPUESTA EN SU TOTALIDAD. QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA.	SE SOLICITA ÚNICAMENTE EN FORMATO EDITABLE (WORD O EXCEL) LA PROPUESTA ECONOMICA



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR002-N-124-2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADORES EN LAS UNIDADES DEL OOAD DEL IMSS
JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

NUMERO	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
12	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	ENTENDEMOS QUE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 46 NUMERAL II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 2025, DONDE SE INDICA QUE POSTERIOR A LA JUNTA DE ACLARACIONES HABRÁ RONDA DE REPREGUNTAS PARA FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO CON EL ARTICULO 46 NUMERFAL II DE SU REGLAMENTO
13	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	DICE... LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, DEBERÁ CONTENER LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LA COTIZACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO OFERTADO, INDICANDO PRECIO UNITARIO, ASÍ COMO EL IMPORTE DE CADA UNO DE ELLOS, DICHO IMPORTE SERÁ EL RESULTADO DEL PRECIO UNITARIO OFERTADO POR EQUIPO, MULTIPLICADO POR LA CANTIDAD DE SERVICIOS MÁXIMOS POR EQUIPO Y POR LA CANTIDAD DE EQUIPOS, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 08 (OCHO) EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE AGREGUE OTRA COLUMNA AL ANEXO NUMERO 08 (OCHO)., PARA INCLUIR EL IMPORTE DE CADA UNO DE ELLOS, SEGÚN LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
14	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON UNA FECHA DE EMISIÓN Y VIGENCIA DE MÁXIMO 2 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ESTO ES PARA PREVER UNA FALLA EN EL PORTAL DEL IMSS QUE IMPOSIBILITE SU OBTENCIÓN AFECTANDO LA SOLVENCIA DE NUESTRA PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
15	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS INDIQUE SI LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS ENUNCIADOS EN EL ANEXO TÉCNICO SE ENCUENTRAN EN ESTE MOMENTO EN FUNCIONAMIENTO. QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA.	LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN SERVICIO
16	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	RUBRO: CAPACIDAD DEL LICITANTE. SUBRUBRO: CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO DICE... RELACIÓN DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTACIÓN, Y EQUIPO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SÍ PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO LOS LICITANTES DEBEMOS INCLUIR COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES A NOMBRE DEL LICITANTE, DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 2 MULTIMETROS DIGITALES 2 ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA 2 ANALIZADORES DE DESFIBRILADOR. 2 SIMILADORES DE MULTIPARAMETROS (ECG, SPO2, NIBP, TEMPERATURA, IBP, RESP). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ACOMPAÑADOS DE SU RESPECTIVA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE
17	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	EN CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA, ENTENDEMOS QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE REQUIERE VISITA A LAS INSTALACIONES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION NO SE REQUIERE DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR002-N-124-2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADORES EN LAS UNIDADES DEL OAD DEL IMSS
JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

NUMERO	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
18	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS PUEDA ACLARAR SI EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS EQUIPOS REQUIERA REFACCIONES QUE NO ESTÁ EN LAS REFACCIONES SEÑALADAS EN LAS BASES ÉSTAS PODRÁN SER COTIZADAS DE MANERA INDEPENDIENTE E INSTALADAS CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE CADA UNIDAD MÉDICA.	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PREVIA PRESENTACION DE COTIZACION Y AUTORIZACION POR LA UNIDAD.
19	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES SA DE CV	A. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE PARA GARANTIZAR QUE EL PERSONAL QUE REALIZARA LOS SERVICIOS ESTE DEBIDAMENTE CAPACITADO Y ASÍ GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTO EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DEL PUNTO 6.1. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, COPIA SIMPLE LEGIBLE DE CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN CON QUE CUENTA SU PERSONAL PARA OTORGAR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE PROCESO?	LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OFERTADO. SON SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS. EN LA TABLA DE PUNTOS, RUBRO CAPACIDAD DEL LICITANTE, SUB RUBRO DOMINIO
20	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES SA DE CV	¿ ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ASI GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTO EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DEL PUNTO 6.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COPIAS SIMPLES LEGIBLE DE CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DEL PRESENTE PROCESO A NOMBRE DE LA EMPRESA PRESENTA, EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO POR PARTE DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES INSTANCIAS, INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍAS (NIST POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). ¿INSTITUTO NACIONAL DE MEDIDA (NMI POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ¿ ENTIDAD MEXICANA DE LA ACREDITACIÓN, A.C. ¿ CERTIFICADO DE FÁBRICA DE PROCEDENCIA DE LOS EQUIPOS.	DEBERÁ DE APEGARSE A LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA
21	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE, SE ENTIENDE QUE ESTAS REFACCIONES DEBERÁN SER SUMINISTRADAS Y CAMBIADAS ÚNICAMENTE UNA VEZ POR EQUIPO DURANTE EL AÑO, COMO PARTE DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
22	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE, ¿DEBEMOS LOS LICITANTES CONSIDERAR REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD (TARJETAS ELECTRÓNICAS, CAPACITORES, DISPLAYS, ETC.) O SERÁN COTIZADOS POR SEPARADO CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD? FAVOR DE ACLARAR	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
23	PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV	PODRIA LA CONVOCANTE CONFIRMAR CUAL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS A CONTRATAR	LOS EQUIPOS SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN SERVICIO
24	PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV	PODRÍA LA CONVOCANTE PERMITIR ENTREGAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO AL MENOS CON FECHA DE 3 DÍAS ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE PREPUESTAS,	SE ACEPTA



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR002-N-124-2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADORES EN LAS UNIDADES DEL OOAD DEL IMSS
JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

NUMERO	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
25	PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV	EN EL SUBRUBRO EXPERIENCIA LABORAL: 3 PUNTOS MÁXIMOS PUEDE LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIAS DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE DICHA EXPERIENCIA (ORDENES DE SERVICIO, FACTURAS, O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE EL SERVICIO REALIZADO, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y FIRMADOS). DEBEN DE SER CORRESPONDIENTES AL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO O SI BASTARA CON PRESENTAR DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN QUE LA EMPRESA A REALIZADOS SERVICIOS SIMILARES A LOS QUE SE CONTRATARAN EN LA PRESENTE LICITACIÓN.	BASTARA CON PRESENTAR DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN QUE LA EMPRESA A REALIZADOS SERVICIOS SIMILARES A LOS QUE SE CONTRATARAN EN LA PRESENTE LICITACIÓN

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas hábiles para remitir por la plataforma, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas o aclaraciones realizadas por la convocante, mismas a las que se les dará contestación mediante la plataforma

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta de Junta de Aclaraciones, forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: comprasmx.buengobierno.gob.mx

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:40 horas, del día, mes y año en que se actúa.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. MARTHA ANGELICA GALLARDO GARCIA	JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. FIDEL ALEJANDRO BECERRA CORONADO	ÁREA DE ADQUISICIONES	
ING. JUAN MEDINA ZUÑIGA	DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES	





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR002-N-124-2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADORES EN LAS UNIDADES DEL OOAD DEL IMSS
JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, OFICINA REGIONAL NUMERO 05

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIERREZ VALADEZ	AUDITOR EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, OFICINA REGIONAL NUMERO 05 MEDIANTE OFICIO SABG/OICGYR/AIDI05/2030/2025	



2025
Año de
La Mujer Indígena