



ACTA DE APERTURA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025
PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025**

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 09:00 horas, del 18 de septiembre de 2025, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, C.P.45600, Colonia Santa Maria Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción II, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 45 y 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

El acto fue presidido por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 3 fracción II del reglamento de LAASSP y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública)

El funcionario público que preside el presente acto dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de la plataforma de los siguientes licitantes:

LICITANTE	NUMERO DE PREGUNTAS
CIRKLAMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	11 PREGUNTAS
MANPREC S.A. DE C.V.	7 PREGUNTAS
HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	7 PREGUNTAS

NUMERO PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	CIRKLAMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INCISO U	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL SE PUEDA EXHIBIR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE 5 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTAR OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, LA CUAL DE CONFORMIDAD CON EL ACDO.AS2.HCT.270224/34.P.DIR, (PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 21 DE MARZO DE 2024) LA OPINION TENDRA UNA VIGENCIA DE 15 DIAS.



ACTA DE APERTURA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025
PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025

2	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SERÁ NECESARIO EXHIBIR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TILULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBERA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TILULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR QUE SE ENCUENTRE EN EL REGISTRO SANITARIO
3	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	TÉCNICO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, ÚNICAMENTE SERÁ ENTREGADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO Y LA NO PRESENTACIÓN NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
4	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 15	DICE: PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL DE: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA REDACCIÓN DEL ANEXO ES CORRECTA.	DEBERA COMPLETAR CON EL TITULO DE LA PRESENTE LICITACION "PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025"
5	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 16	DICE: PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL DE: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA REDACCIÓN DEL ANEXO ES CORRECTA.	DEBERA COMPLETAR CON EL TITULO DE LA PRESENTE LICITACION "PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025"
6	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.1.13.2.2.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE, SE ACEPTE BOLSA DE REANIMADOR PEDIÁTRICO, CON VOLUMEN DE 494 ML. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL RANGO SOLICITADO ES DE 500 A 600 ML.
7	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.1.11.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE ACEPTEN DIMENSIONES PARA LA TABLA DE MASAJE CARDIACO CON TOLERANCIA DEL 15%. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
8	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.1.16.3.	PONEMOS A SU CONSIDERACION SE ACEPTE OFERTAR AUTODESCARGA EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 40 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA ESTA PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERTANTES SIEMPRE Y CUANDO EL TIEMPO DE AUTODESCARGA NO SEA MAYOR A 60 SEGUNDOS,
9	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.1.16.5.	PARA FAVORECER UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES, PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE OFERTE TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS PARA MÁXIMA ENERGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERTANTES POR ESTA DENTRO DEL RANGO DE 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MAXIMA ENERGIA.
10	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTOS 1.1.16.14 Y 2.5.3.1	POR TRATARSE DE UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA, ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE OFERTAR UN SENSOR DE CO2 PARA MEDICIÓN CUANTITATIVA, DE FORMA INSPIRADA Y ESPIRADA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA TECNOLOGIA DE MEDICION DEPENDE DE CADA FABRICANTE CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.



ACTA DE APERTURA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025
PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025

NUMERO PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
11	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 4, PUNTO 1.1.16.19.3.	PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN MÁS OPORTUNA A LOS PACIENTES, PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE OFERTE BATERÍA CON CAPACIDAD PARA REALIZAR AL MENOS 100 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 3 HORAS DE MONITOREO CONTINUO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERTANTES LOS CUALES DEBERAN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
1	MANPREC S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).	PUNTO 1.9.2.2. PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA RECTAL EN AL MENOS 16 SEGUNDOS, TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER OBTENER EL VALOR DEL PARÁMETRO DE MANERA PRECISA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL RANGO DE MEDICION SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO ES DE 10 A 13 SEGUNDOS POR VIA RECTAL.
2	MANPREC S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).	PUNTO 1.9.2.3. PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA AXILAR EN AL MENOS 16 SEGUNDOS, TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER OBTENER EL VALOR DEL PARÁMETRO DE MANERA PRECISA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL RANGO DE MEDICION SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO ES DE 12 A 15 SEGUNDOS POR VIA AXILAR.
3	MANPREC S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).	PUNTO 1.19. PREGUNTA: LA CAPACIDAD MENCIONADA CORRESPONDE A UNA MARCA EN PARTICULAR, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO OPCIONAL DICHO PUNTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
4	MANPREC S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TRIAGE).	PUNTO 1.20. PREGUNTA: LA CAPACIDAD MENCIONADA CORRESPONDE A UNA MARCA EN PARTICULAR, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO OPCIONAL DICHO PUNTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
5	MANPREC S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA N° 4 CARRO ROJO	PARTIDA N° 4 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCAPASO. PUNTO 1.1.11.- SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE CADA FABRICANTE, TABLA PARA MASAJE CARDIACO DE 45X 60 CM ¿SE ACEPTA	NO SE ACEPTA, DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
6	MANPREC S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA N° 4 CARRO ROJO	PARTIDA N° 4 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCAPASO. PUNTO 1.1.16.14.2.6.- SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON DESPLIEGUE DE 2 TRAZOS DE ECG A SELECCIONAR DE 6 DERIVACIONES (DI, DII, DIII, AVR, AVL Y AVF) CON UN CABLE DE 4 PUNTAS ¿SE ACEPTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERTANTES QUE DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
7	MANPREC S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA N° 4 CARRO ROJO	PARTIDA N° 4 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCAPASO. PUNTO 2.3.- SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON UN CABLE DE 4 PUNTOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.



ACTA DE APERTURA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025

NUMERO PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO. 1.9.1.1 RANGO DE TEMPERAT	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON TERMÓMETRO TIMPÁNICO QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DEL PACIENTE CON UN RANGO DE TEMPERATURA DE 34°C A 42.2°C. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA CUMPLIR CON EL RANGO DE TEMPERATURA 26.5°C A 43.5°C
2	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 4 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONI	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CONSIDERANDO QUE EN UN EVENTO CARDIACO GRAVE (PARO CARDIACO) CADA SEGUNDO SIN CORREGIR EL EVENTO DISMINUYE LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE SUGERIMOS UN TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA POR ESTAR DENTRO DEL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERTANTES.
3	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROCARDÍOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN PUNTO 1.2.4 FRECUENCI	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO MUESTRAS/SEG/CANAL CONSIDERANDO QUE LOS HZ SE DEFINEN COMO LAS MUESTRAS POR SEGUNDO DE UNA SEÑAL ANALÓGICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE SU EQUIVALENCIA DE FRECUENCIA DE MUESTREO DE AL MENOS 2000HZ.
4	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROCARDÍOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. PUNTO 2.2 CABLE PAR	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UN CABLE LAN SIMPLE ENTENDIENDO QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA NO NECESITA UN CABLE ESPECIAL PARA CONEXIÓN A LA COMPUTADORA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
5	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO. 1.9.1 ORAL, AXILAR ADULT	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA CON TERMÓMETRO TIMPÁNICO YA QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y COLOCACIÓN EN PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
6	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE 1.9.2.1 DE 4 A 6 SEGUNDOS POR VÍ	ENTENDEMOS QUE REFERENCIAR UN TIEMPO INFERIOR AL SOLICITADO SUPERA LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO SIEMPRE Y CUANDO SEA DEMOSTRADO Y CUMPLA CON LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.



ACTA DE APERTURA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025
PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025**

7	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TÉCNICO	PARTIDA 4 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONI	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CONSIDERANDO QUE UN EVENTO CARDIACO GRAVE (PARO CARDIACO) PUEDE AFECTAR DISTINTAS ZONAS DEL CORAZÓN SUGERIMOS EL DESPLIEGUE DE DOS TRAZOS DE ECG POR MEDIO DE CABLES DE PACIENTE ENTRE 8 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y 1 DERIVACIONES ENTRE V1 - V6) AUMENTANDO EL ALCANCE DE DIAGNÓSTICO POR EL PERSONAL CLÍNICO	PODRA OFERTAR ESTA CARACTERISTICA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERTANTES QUE DEBERAN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
---	---	---------	--	---	---

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas hábiles para remitir por la plataforma, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas o aclaraciones realizadas por la convocante, mismas a las que se les dará contestación mediante la plataforma.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta de Junta de Aclaraciones, forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:15 horas, del día, mes y año en que se actúa.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. MARTHA ANGELICA GALLARDO GARCIA	JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. FIDEL ALEJANDRO BECERRA CORONADO	ÁREA DE ADQUISICIONES	
ING. CHRISTOPHER GUILLERMO OLIVA NIEHUS	COORDINADOR DE INGENIERIA BIOMEDICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS	



ACTA DE APERTURA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025
PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025**

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA REGIONAL NUMERO 5
EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. LUIS ENRIQUE GUTIERREZ VALADEZ	AUDITOR EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA REGIONAL NUMERO 5 EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANTE OFICIO SABG/OICGYR/AIDI05/3043/2025	

