

<p style="text-align: center;">DELEGACION ESTATAL EN JALISCO</p>	<p style="text-align: center;">LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025</p>
<p>ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025 PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION I Y 36, 39 BIS FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.</p>	

En la Ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 29 de septiembre del año 2025, se lleva a cabo la evaluación técnica de las proposiciones de la licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados, conforme a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; al capítulo segundo punto 4.35 de las Políticas Bases y lineamientos de Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social

OBSERVACIONES:

LICITANTE	ID DEL ARTICULO	COMPONENTE DEL PROYECTO	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION.
HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.
HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCAPASO	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.
HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.
INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	21167	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.
INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	12071	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025	
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025 PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION I Y 36, 39 BIS FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.			

INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	12071	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.,	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta registro sanitario. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.,	21167	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta registro sanitario. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.,	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCAPASO	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.,	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta registro sanitario. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025
SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No cumple con el punto 1.7.2 Impresión de 12 derivaciones en hoja de tamaño carta, de la cedula de descripción del artículo. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025


JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS.

	<p style="text-align: center;">DELEGACION ESTATAL EN JALISCO</p>	<p style="text-align: center;">LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025</p>
<p style="text-align: center;">SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.</p>	<p style="text-align: center;">11713</p>	<p style="text-align: center;">ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025 PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINESTRADO 2025, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION I Y 36, 39 BIS FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.</p>

<p style="text-align: center;">11713</p>	<p style="text-align: center;">ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p>No cumple con el punto 1.7.2 Impresión de 12 derivaciones en hoja de tamaño carta, de la cedula de descripción del artículo. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025</p>
<p style="text-align: center;">11894</p>	<p style="text-align: center;">Rinolaringofibroscopio</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p>No cumple con los siguientes puntos, 1.6 Monitor para cirugía LCD o LED de 32" o mayor (indicar marca y modelo) la ofertante oferta un monitor de 31.5", Punto 2.4- Impresora de inyección de tinta a color calidad fotográfica. Con conectividad USB para impresión (indicar marca y modelo), el ofertante ofrece impresora térmica por sublimación de tinta, Punto 3.3- Dos juegos de cartuchos de tinta a color para impresora en inyección de tinta ofertada, adicionales (indicar marca y número de parte), el ofertante oferta (cinta de color auto laminada =50 impresiones , Punto 3.5- Papel blanco para impresoras de inyección de tinta a color (500 hojas) el ofertante oferta (Papel en rollo sin impresión posterior = 50 impresiones), NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025</p>

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025	
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025 PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION I Y 36, 39 BIS FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.			

BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta carta de respaldo de fabricante o distribuidor primario, no presenta descripción completa y detallada de las especificaciones de la cedula de descripción del artículo y sus accesorios. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERACCIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.
BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta carta de respaldo de fabricante o distribuidor primario, no presenta descripción completa y detallada de las especificaciones de la cedula de descripción del artículo y sus accesorios. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERACCIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.
BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.	21167	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta carta de respaldo de fabricante o distribuidor primario, no presenta descripción completa y detallada de las especificaciones de la cedula de descripción del artículo y sus accesorios. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERACCIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.






AP 4



JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

<p style="text-align: center;">LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025</p>	<p style="text-align: center;">DELEGACION ESTATAL EN JALISCO</p>
<p>ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025 PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION I Y 36, 39 BIS FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.</p>	

<p>BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">11894</p>	<p>Rinolaringofibroscopio</p>	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p>No presenta carta de respaldo de fabricante o distribuidor primario, no presenta descripción completa y detallada de las especificaciones de la cedula de descripción del artículo y sus accesorios. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.</p>
<p>BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">16314</p>	<p>CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCAPASO</p>	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p>No presenta incluye en su propuesta el carro, el reanimador pulmonar, accesorios, por lo que no cumple con los especificaciones solicitadas en la cedula de descripción del artículo. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.</p>
<p>BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">12071</p>	<p>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL</p>	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p>No presenta carta de respaldo de fabricante o distribuidor primario, no presenta descripción completa y detallada de las especificaciones de la cedula de descripción del artículo y sus accesorios. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.</p>

<p style="text-align: center;">DELEGACION ESTATAL EN JALISCO</p>	<p style="text-align: center;">LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025</p>
<p>ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025 PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SINIESTRADO 2025, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION I Y 36, 39 BIS FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.</p>	

<p>BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.</p>	<p>12071</p>	<p>OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL</p>	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE CON LO SOLICITADO</p>	<p>No presenta carta de respaldo de fabricante o distribuidor primario, no presenta descripción completa y detallada de las especificaciones de la cedula de descripción del artículo y sus accesorios. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025.</p>
--	--------------	-----------------------------------	--	--	--

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS EN COMENTO LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2025 EN COMENTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, siendo 18:30 Hrs del día 29 de septiembre del 2025, elaborando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, firmando al calce y al margen, las personas que en ella actuaron.

Por el Instituto Mexicano Del Seguro Social

Christopher Guillermo Oliva Niehus
CORDINADOR DE INGENIERIA BIOMEDICA
ING. CHRISTOPHER GUILLERMO OLIVA NIEHUS.

[Handwritten signature]

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.