



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-192-2025
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 18:47 horas, del 21 de Noviembre del 2025, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el cierre de la junta de aclaraciones a la convocatoria de licitación Publica indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción II, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria de Licitación.

El acto fue presidido por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública)

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas a las aclaraciones realizadas, de conformidad al artículo 44 de la Ley, a través del portal de Compras MX, como se relacionan a continuación:

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES :	NUMERO DE PREGUNTAS
1	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	8

No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
1	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	48 DE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO	EN VIRTUD A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA 48 A LA EMPRESA DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEL BIEN O BIENES QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR EL REQUISITO, DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD MÉXICANA O EN SU CASO DE UNA EMPRESA CONSTITUIDA EN CUALQUIERA DE LOS PAISES QUE TENGAN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON. MÉXICO. ¿ES CORRECTO?	NO, LOS BIENES DE CONSUMO BASICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DEBERÁN SER DE NACIONALIDAD MÉXICANA O EN SU CASO DE CUALQUIERA DE LOS PAISES QUE TENGAN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO
2	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	2 DE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO	EN VIRTUD A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA 2 A LA EMPRESA DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PERMITA ENTREGAR POR LO MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO	NO SE ACEPTA



[Handwritten signature]



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-192-2025
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR.46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

No. de pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			Y COMPLEMENTARIO OFERTADO, COMPROMETIENDONOS A ENTREGAR EL 20% DE LA DOCUMENTACIÓN RESTANTE AL MENOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES A PLAZOS RECORTADOS LO CUAL DIFICULTA EL ARMADO DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	
3	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	3 DE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO	EN VIRTUD A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA 3 A LA EMPRESA DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PERMITA ENTREGAR POR LO MENOS EL 80% DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO OFERTADO, COMPROMETIENDONOS A ENTREGAR EL 20% DE LA DOCUMENTACIÓN RESTANTE AL MENOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES A PLAZOS RECORTADOS LO CUAL DIFICULTA EL ARMADO DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
4	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	32 DE VITALMEX S.A. DE C.V.	EN VIRTUD A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA 32 A LA EMPRESA VITALMEX, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ÁCIDO POLIGLICOLICO O CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCIDORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 7FR. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
5	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	39 DE VITALMEX S.A. DE C.V.	EN VIRTUD A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA 39 A LA EMPRESA VITALMEX SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO	SE ACEPTA





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-192-2025
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
6	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	40 DE VITALMEX S.A. DE C.V.	EN VIRTUD A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA 40 A LA EMPRESA VITALMEX SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO. TIPO: PIN-VICE. DESECHABLE -O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
7	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	53 DE VITALMEX S.A. DE C.V.	EN VIRTUD A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA 53 A LA EMPRESA VITALMEX, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERÁ COLOCAR LA SONDA Y EL EQUIPO DE ECOINTRACARDIACO. FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
8	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	53 DE VITALMEX S.A. DE C.V.	SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, NOS PERMITA OFERTAR: SONDA DE ECOINTRACARDIACA DE 8 A 10 FR FABRICADA EN REPÚBLICA DE COREA, DEBIDO A QUE ES EL ÚNICO DISPOSITIVO EN EL MERCADO QUE CUMPLE CON ESTA INDICACIÓN Y AL NO ACEPTARLO LÍMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES :	NUMERO DE PREGUNTAS
2	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	5

No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
1	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	ACLARACIONES POR PARTE DE LA	DE ACUERDO A LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, T2 "EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE"	LOS EQUIPOS QUE DEBERA PRESENTAR EN SU PROPUESTA TECNICA SON





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-192-2025
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
		CONVOCANTE, T2 "EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE" Y NO. DE PREGUNTA 59 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	REPREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS EQUIPOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SON LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO ANEXO T11 "DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DEL SMI PARA HE", SIENDO ESTOS LOS ÚNICOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE EN EL ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE, PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, CONFORME A LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V. EN EL NO. DE PREGUNTA 59. ¿ES CORRECTO?	LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO T11, LOS CUALES ENTREGARA EN TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 79 DE LA LAASSP.
2	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 63 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V., SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PUEDA COMPARTIR EL ANEXO DEL REQUERIMIENTO CON LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS CONSIDERAR DE LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, YA QUE EL NO TENER ESTE DATO OBSTACULIZA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS LICITANTES, DEBIDO A QUE EN LA RESPUESTA OTORGADA SE MENCIONA QUE LAS CANTIDADES SON REFERENCIALES COMO ESTADÍSTICA DE CONSUMO, SIN EMBARGO, SE REALIZARÁ CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ¿SE ACEPTA?	LOS BIENES DE CONSUMO BASICO NO FORMA PARTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA, YA QUE SON BIENES INDISPENSABLES DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SE COTIZAN JUNTO CON ESTOS, DE ACUERDO A LOS BIENES COMPLEMENTARIOS SE ADJUNTA TABLA A ESTA ACTA CON LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS
3	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 54 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL S.A DE C.V SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRICIÓN EN LOS SIGUIENTES PUNTOS MENCIONADOS, YA QUE EXISTEN DISTINTAS TECNOLOGÍAS Y CADA FABRICANTE DESCRIBE SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE	SE ACEPTA





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-192-2025
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			<p>DIFERENTE MANERA, SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p> <p>5 ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR.</p> <p>5.13 VASCULARES (APLICACIONES PERIFÉRICAS, CEREBROVASCULARES, DTC TEMPORAL Y PERIFÉRICO), Y VASCULARES ABDOMINALES).</p> <p>5.15 ECOCARDIOGRAFÍA CON CONTRASTE (DETECCIÓN DE OVI Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ÍNDICE MECÁNICO (MI)</p> <p>5.19 TRANSDUCTOR TRANSESOFÁGICO MULTIPLANAR CON RANGO DE 2 A 3 MHZ O MENOR A 7 MHZ O MAYOR (ADULTO Y PEDIÁTRICO). O TRANSDUCTOR TRANSESOFÁGICO CON EL RAGO DE FRECUENCIA DE 2 A 3.5 MHZ O MENOR A 6 MHZ O MAYOR. Ó SONDA CON TECNOLOGÍA PUREWAVE CRYSTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 2 A 7 MHZ • TRANSDUCTOR DE SONDA TRANSESOFÁGICO CON 2500 ELEMENTOS <p>5.20. SECTORIAL, VECTORIAL O ARREGLO EN FASE CON EL RANGO DE 3MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, PARA APLICACIÓN CARDIOLÓGICA PEDIÁTRICA. O TRANSDUCTOR VECTORIAL CON EL RANGO DE FRECUENCIA DE 2.1 MHZ O MENOR A 7.8 MHZ O MAYOR. Ó SONDA SECTORIAL MATRICIAL CON 2500 ELEMENTOS DE ACTIVACIÓN SIMULTÁNEA</p> <p>5.21 SECTORIAL, VECTORIAL O ARREGLO EN FASE CON EL RANGO DE 2MHZ O MENOR A 4 MHZ O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, PARA APLICACIÓN CARDIOLÓGICA ADULTO, DEBE SER EN TIEMPO REAL. Ó SONDA SECTORIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 4 A 2 MHZ <p>¿SE ACEPTA?</p>	
4	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 54 DEL LICITANTE	CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA ANTERIOR: 5.23 MODO M	SE ACEPTA



[Handwritten signature]



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-192-2025
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
		VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	<p>5.29 CON MODO ADAPTATIVO EN TIEMPO REAL QUE ANALICE EL CONTENIDO DE LA IMAGEN Y ELIMINE EL RUIDO Y AUMENTE LA DEFINICIÓN DE LOS BORDES DE TEJIDO. O TECNOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN, CON AJUSTE DE GANANCIA Y BRILLO, AXIAL Y LATERAL MEDIANTE HARDWARE, CON FUNCIÓN DE MONITOREO QUE PERMITA DIFERENCIAR ENTRE TEJIDO, RUIDO Y REFLEXIÓN ESPECULAR. Ó OPTIMIZACIÓN INTELIGENTE DE IMÁGENES ISCAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES CON UNA SOLA PULSACIÓN - EN EL MODO 2D, AJUSTE AUTOMÁTICO MEDIANTE UN SOLO BOTÓN DE GANANCIA DEL SISTEMA Y TGC PARA ALCANZAR UN BRILLO TISULAR EQUILIBRADO <p>5.32 REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO EN MEMORIA LOCAL, VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y MODOS DÚPLEX DE UN MÁXIMO DE 2200 IMÁGENES EN COLOR Y 2D, HASTA 64 S DE DATOS DOPPLER PULSADO (PW) Y MODO M PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES, O HASTA 48 S DE DOPPLER CW PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES <p>5.33 PROGRAMA COMPLETO DE REPORTES Y CÁLCULOS Ó SELECCIÓN Y VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE LOS CÁLCULOS ¿SE ACEPTA?</p>	
5	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 13 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, TENGA A BIEN RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA AL PLANTEAMIENTO REALIZADO BAJO EL NÚMERO 13, POR LA EMPRESA DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V., EN RAZÓN A QUE EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN ES PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS; POR LO QUE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y	LOS BIENES DE CONSUMO BASICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DEBERÁN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O EN SU CASO DE CUALQUIERA DE LOS PAISES QUE TENGAN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-192-2025
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			COMPLEMENTARIOS; ASÍ COMO EL EQUIPO MÉDICO Y LOS ACCESORIOS A OFERTAR PARA ESTE SERVICIO DEBERÁN SER ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LOS QUE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENE CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES; ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE CORROBORE FEHACIENTEMENTE, QUE EL LICITANTE OFERTARÁ LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS; EQUIPO MÉDICO Y LOS ACCESORIOS, LOS CUALES HAN SIDO EVALUADOS Y CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD, CALIDAD E HIGIENE, GARANTIZANDO QUE ES APTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO ¿SE ACEPTA?	

Se informa a los licitantes que el Evento de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el **28 de Noviembre del 2025 a las 13:00 horas**, vía medios electrónicos.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación Pública. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 19:05 horas, del día, mes y año en que se actúa.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social		
NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. María José Carrillo Capacete	Jefa de la Departamento De Adquisición de Bienes y Contratación de servicios	
Dr. Julio Agustín Bueno Ledesma	Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Medicas	
Lic. Martha Angélica Gallardo García	Jefa del Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Ing. Jorge Alberto Bañuelos Castañeda	Área de Adquisiciones	





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-192-2025
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINÁMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

Por el órgano Interno de Control Especifico en el Instituto Mexicano del Seguro Social

Firma de manera electrónica de conformidad con el artículo 50 de la ley de Adquisición Arrendamientos y Servicios del Sector Publico

NOMBRE	ÁREA
Mtro. Luis Enrique Gutierrez Valadez	Auditor en el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Oficina Regional no. 05, mediante oficio no. SABG/OICGYR/AIDI05/3933/2025





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA 50- GYR-050GYR002-T-192-2025
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

CANTIDADES BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO OOAD

Clvsi	Bien de Consumo Complementario	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX
60.01.806	Balón coronario con medicamento (paclitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 4.0 mm de diámetro y longitudes desde 10 mm a 30 ó 40 mm de longitud	4	9
60.01.816	Balones de angioplastia coronaria de alta presión No complaciente.	11	26
60.01.818	Banda de compresión radial.	2	3
60.01.819	Bolsa estéril para tubo de fluoroscopia.	35	91
60.01.825	Catéter con lazo y/o canastilla de diversas medidas para extracción de cuerpo extraño.	1	2
60.01.837	Catéter guía multipropósito 5, 6, 7 y 8 Fr.	1	2
60.01.848	Catéteres diagnostico convencional distintos de 4 a 8 Fr. Y hasta 110 cms. De longitud.	2	3
60.01.865	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, 0.035" longitud opcional de 150, 260 ó 300 cm. Estéril y desechable.	2	5
60.01.871	Dispositivo hemostático para cierre vascular a base de colágeno o ácido poliglicólico o cierre vascular con vaina introductora femoral incluida, un obturador, un predilatador, alambre guía y un sistema (SIS) para el cierre de 7fr.	3	6
60.01.877	Electrodo para marcapaso temporal bipolar.	2	5
60.01.881	Extensión coaxial de catéter guía coronario de rápido intercambio de 5, 5.5, 6, 7 y 8Fr ó de 6 a 8 Fr o catéter guía intermedio de 0.057" o EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM	1	1
60.01.883	Extensión de presión de 15cm o extensión de presión de 15 o 25cm.	2	4
60.01.885	Extractor de trombos intracoronario.	1	1
60.01.893	Guía de alto soporte.	1	1
60.01.898	Introduccion de catéter arterial o venoso con alma metálica. Por técnica percutánea, longitud 25 a 45cm calibre. 5,6,7 y 8-fr o INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR	1	1
60.01.900	Introduccion de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutánea, 4, 5, 6, 7, 8 French, longitud opcional de 10 ó 16 ó 25 cms. Con guía vascular 0.021 a 0.032".	2	4
60.01.901	Introduccion de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento hidrofílico longitud opcional de 10 a 25cm calibre. 4 a 7 fr.	4	9
60.01.908	Jeringa para angiocardiografia, de 100 a 150 ml de capacidad o Jeringa para angiocardiografia, de 150 ml de capacidad	1	2
60.01.909	Jeringa para sistema de inyección de medio de contraste por flujo variable.	9	22
60.01.910	Jeringas de plástico para insuflar el globo del catéter de dilatación de arterias coronarias para mantener y medir la presión.	1	2
60.01.911	Kit de Catéter Swan Ganz incluye: introductor y catéter para medición de presión por termo dilución.	1	1
60.01.912	Kit de pericardiocentesis. Incluye: 1 Aguja de 22 G., 1 aguja de 25 G., 1 jeringa de 12 mm., 1 jeringa de 20 cc., 1 jeringa de 60 cc., 1 bisturí y 1 aguja de 3-0 curva con sutura. (Puede variar según tecnología de cada fabricante siempre que tengan la misma funcionalidad y sean compatibles sus elementos.	1	1
60.01.913	Kit para administración de solución salina y medio de contraste por flujo variable: Incluye 1 Manifold, tubo de solución salina y una jeringa de mano, ó Kit con jeringa de 150 ml, tubo de solución salina y contraste.	20	49
60.01.918	Manifold angiográfico de tres vías.	1	2
60.01.920	Mantas para calentamiento intraoperatorias para la parte inferior del cuerpo y mantas para post operatorio de acceso múltiple. Incluye equipo	1	2
60.01.921	Medio de contraste hidrosolubles no iónico en concentración de 300 a 370 mg/ml, Ioversol o iopamidol o iohexol o iopromida o iobitridol. Frasco con 100 ml o iónico de baja osmolaridad, ioxaglate de sodio y meglumina, concentración 320mg/ml, presentación 100ml.	40	100
60.01.941	Paquete universal de ropa.	40	96
60.01.943	Pig tail centimetrado 5 Fr.	6	13



[Handwritten signature]



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-192-2025
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

Clvsi	Bien de Consumo Complementario	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX
60.01.944	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo, zotarolimus en cromo cobalto, everolimus en cromo cobalto. Cada una de las plataformas en diversas medidas.	5	12
60.01.945	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo polímero bioabsorbible. O Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con revestimiento de everolimus o sirolimus, en platino-cromo o en cobalto-cromo, con polímero bioabsorbible.	16	38
60.01.948	Rotador de cuerda guía para angioplastia coronaria de 0.014" de diámetro. Tipo: pin-vice. Desechable o KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR,	3	6
60.01.959	Stent pre montado en balón cubierto de ePTFE. (Uso coronario).	1	1
60.01.961	Stent diferentes diámetros y longitudes, auto expandible y expandibles con balón, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014" o 0.018". (Para uso vascular general) o stent diferentes diámetros y longitudes, auto expandible, de nitinol y marcas de titalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014"(para uso vascular General).	1	1
60.01.969	Transductor de presión compatible con el polígrafo.	1	1
60.01.970	Tubo para muestra de sangre para medición de tiempo de coagulación activada. incluye equipo.	18	45
60.01.976	Catéter para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno, alto flujo angulado a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 5 a 6 fr.	1	2
60.01.978	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.25 a 4.5 mm de diámetro y longitudes desde 8 a 30 mm. y de 130 a 155cm de largo, sistema de rápido intercambio. (Ofertar todas las medidas de diámetro) o CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.	6	14
60.01.979	Catéteres guía tipo Judkins , para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0 y 5.0 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz o Voda o Ikari o Ebu.	4	10
60.01.981	Catéteres para cateterización de arteria coronaria derecha con técnica percutánea, asa de 3.5, 4 y 5, calibre 5 ó 6Fr., longitud 100 a 110 cm. Tipo: Judkins, Amplatz 1 y 2. Multipropósitos, mamarios.	21	52
60.01.982	Catéteres para cateterización de arteria coronaria izquierda con técnica percutánea, cal 5 ó 6fr., longitud 100 o 110 cm tipo: femoral izquierda asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. Multipropósitos, mamarios.	1	2
60.01.983	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia, rígida o doble espiral con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro y 175cm a 195cm de longitud.	12	29
60.01.984	Guía hidrofílica de 0.035 o 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del médico	6	15
60.01.1057	Kit de introductor radial con pared ultra delgada longitud opcional de 10 ó 16 ó 25cm de 5 a 7Fr.	1	1
60.01.861	Consumibles para electrocoagulación: electrodo neutro con dos áreas de contacto y lápiz de electrocirugía o electrodo neutro de dos areas y un lapiz de electrocirugía con 2 botones.	8	20
60.01.862	Controlador manual estéril para sistema de inyección de solución salina y medio de contraste con flujo variable.	36	90
60.01.894	Guía de presión. Floppy de .014 por 185 o 190cm de longitud o micro catéter con punta de Medición de la Reserva de Flujo coronario Fraccional o guía floppy de 0.014" por 182 cm de longitud	1	2
60.01.1053	Catéter de aterectomía rotacional trasluminal percutánea, de oclusiones agudas o crónicas, diferentes diámetros y longitudes con guía incluida de roto ablación de 0.009" y avanzador con oliva giratoria de diferentes diámetros.	1	2
60.01.845	Catéter de ultrasonido coronario	7	16



HA