



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 08:00 horas, del 16 de Diciembre del 2025, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Publica indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción II, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 45 y 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria.

El acto fue presidido por la Lic. María José Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública).

El funcionario público que preside el presente acto, fue asistido por la Dra. Sandra Judith Vazquez Avelar Titular de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas quien solventa las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de Compras MX, del siguiente licitante:

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES :	NUMERO DE PREGUNTAS
1	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	44

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4 REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR 4.2.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS SOLO POR EL ANVERSO, YA QUE EL REVERSO UNICAMENTE CONTIENE LA LEYENDA "SIN TEXTO" Y SU OMISIÓN NO AFECTA A LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
2	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4 REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR 4.2.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR POR LO MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS, COMPROMETIDONOS A ENTREGAR EL 20% DE LA DOCUMENTACIÓN RESTANTE AL MENOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO , ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS, DE ACUERDO A NUMERAL 15 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
3	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4 REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR 4.2.4.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR POR LO MENOS EL 80% DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS, COMPROMETIDONOS A ENTREGAR EL 20% DE LA DOCUMENTACIÓN RESTANTE AL MENOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO , ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS, DE ACUERDO A NUMERAL 15 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
4	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS CON UNA FECHA DE EMISIÓN DE POR LO MENOS 3 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPUESTA, YA QUE ESTE DOCUMENTO CUENTA CON VIGENCIA SOLO EN EL DÍA DE EMISIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
5	DISEÑO Y	TÉCNICO	TERMINOS Y	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMÍA PARA EL HGR 46 DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DESARROLLO MEDICO SA DE CV		CODICIONES	CONVOCANTE EN CASO DE NO SER APLICABLE ALGÚN REQUISITO O FORMATO, NOS PERMITA PRESENTAR EL ESCRITO CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
6	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE NO SER APLICABLE ALGÚN REQUISITO O FORMATO, NOS PERMITA PRESENTAR EL ESCRITO CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
7	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CODICIONES	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUÁNTOS TÉCNICOS EN SITIO REQUIEREN POR CADA UNIDAD Y POR TURNO. FAVOR DE ACLARAR	EL NÚMERO DE TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DE 2, SIENDO 1 PARA CADA UNO DE LOS TURNOS MENCIONADOS EN LAS BASES (MATUTINO Y VESPERTINO).
8	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN RESPECTO A QUE LOS FORMATOS T1, T2, T3,T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T17, T18, T20, T23, T25, T26, SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y/O SOLO SERÁN PRESENTADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO. POR LO QUE LA AUSENCIA DE ESTOS NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
9	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN RESPECTO A QUE LOS ANEXOS 9, 11, SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y/O SOLO SERÁN PRESENTADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO. POR LO QUE LA AUSENCIA DE ESTOS NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
10	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CODICIONES	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUÁNTOS SUPERVISORES EN SITIO REQUIEREN POR CADA UNIDAD. FAVOR DE ACLARAR	EL NÚMERO DE SUPERVISORES EN SITIO NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DE 2, SIENDO 1 PARA CADA UNO DE LOS TURNOS MENCIONADOS EN LAS BASES (MATUTINO Y VESPERTINO).
11	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE EL COMPROMISO DE ENTREGA AL QUE SE REFIERE EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DEL APARTADO 4.3.1 DEL PUNTO 4.3 DEL EQUIPO MÉDICO, DEL ANEXO TÉCNICO, EL CUAL MENCIONA: "... ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMETE A ENTREGAR AL TITULAR CORRESPONDIENTE AL 100% DEL EQUIPO MÉDICO, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS.", CORRESPONDE A LA ENTREGA DE LOS REGISTROS SANITARIOS POR LO QUE SE PUEDE ENTENDER QUE ES PERMITIDO LA PRESENTACIÓN ÚNICAMENTE DEL 80% DE LOS MISMOS SIN QUE SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	"NO ES CORRECTA, SE REFIERE A LA ENTREGA FÍSICA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y BIENES DE CONSUMO. LO CORRESPONDIENTE A REGISTROS SANITARIOS DEBEN PRESENTARSE AL 100% AL MOMENTO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS."
12	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)	CREEMOS QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE, SE IDENTIFICÓ EN EL ENCABEZADO DEL ANEXO NÚMERO 06 (SEIS) DE LAS BASES LA REFERENCIA A LOS INCISOS A), B), E) Y J), SIENDO LO CORRECTO DE ACUERDO A LO SOLICITADO, POR LO QUE SE DEBERÁ REFERENCIAR LOS INCISOS A), B), E) Y J), EN EL TEXTO DEL ANEXO Y NO A), B), E) E I), COMO MENCIONA EL CUERPO DEL MISMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS INCISOS CORRECTOS EN EL ANEXO NUMERO 06 SON A), B), E) Y J). SEGÚN EL NUMERAL 6.1 DOCUMENTACION LEGAL- ADMINISTRATIVA
13	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES PLAN DE TRABAJO	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE PARA LA OBTENCIÓN DEL PUNTAJE MÁXIMO EN ESTE RUBRO SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: ""SÍ", PRESENTA PLAN DE TRABAJO CONFORME A LO SOLICITADO Y LO MEJORA, REALIZANDO LA PUESTA A PUNTO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN TIEMPO DE AL MENOS 30% (18 DÍAS) MENOS."	"SE ACLARA QUE EN EL PLAN DE TRABAJO SE PUNTEARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: ""SÍ"", PRESENTA PLAN DE TRABAJO CONFORME A LO SOLICITADO Y LO MEJORA, REALIZANDO LA PUESTA A PUNTO, INCLUYENDO LA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL PORCENTAJE DE TIEMPO ESTIPULADO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DADO QUE EL INCIO DEL CONTRATO ES EL DIA 1 DE ENERO CONFORME AL CALENDARIO DE EVENTOS, POR LO QUE 30% (18 DÍAS) MENOS ES UNA FECHA ANTERIOR A LA APERTURA DE PROPUESTAS, FAVOR DE ACLARAR.	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN TIEMPO DE AL MENOS 30% (3 DÍAS MENOS). SE OTORGARAN LOS 6 PUNTOS. "SÍ", PRESENTA PLAN DE TRABAJO CONFORME A LO SOLICITADO Y LO MEJORA, REALIZANDO LA PUESTA A PUNTO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN TIEMPO DE AL MENOS 20% (2 DÍAS MENOS). SE OTORGARAN 4 PUNTOS. "SÍ", PRESENTA PLAN DE TRABAJO CONFORME A LO SOLICITADO, REALIZANDO LA PUESTA A PUNTO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN EL TIEMPO ESTIPULADO. SE OTORGARAN 2 PUNTOS"
14	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARÁCTER DE LA LICITACIÓN	ES CORRECTO ENTENDER QUE AL NO CONSTITUIR UNA ADQUISICIÓN DE BIENES SINO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL, CONFORMADO POR EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y BIENES DE CONSUMO COMPATIBLES CON EL EQUIPO MÉDICO Y ENTRE SI, LOS CUALES NO PASAN A SER PROPIEDAD DEL IMSS, LOS BIENES NO ESTÁN SUJETOS A LOS TRATADOS, POR LO QUE EL ORIGEN DE LOS MISMOS PODRÁN PROVENIR DE PAÍSES NO SOCIOS Y ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES ACREDITEN SU NACIONALIDAD, YA SEA MEXICANA O DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA CELEBRADO UN TLC CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. ¿ES CORRECTO?	RESPECTO AL EQUIPO MÉDICO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
15	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	4. EQUIPO MÉDICO.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DEBIDO A QUE LA PLATAFORMA COMPRAS MX NO PERMITE LA CARGA DE CARPETAS Y/O SUBCARPETAS NOS PERMITA REFERENCIAR EN UN SOLO REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO O CATALOGO CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO) REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ACREDITEN EN EL MISMO DOCUMENTO, CON EL FIN DE MÍNIMIZAR EL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS Y NO DUPLICAR LOS DOCUMENTOS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EL BIEN O BIENES QUE SE ACREDITAN CON EL DOCUMENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.
16	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	4.2.13 DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SOLO DEBERÁN PRESENTARSE CONSTANCIAS O CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL ANEXO T11. FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
17	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 4.3.1 DEL ANEXO TECNICO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN EL REGISTRO SANITARIO EL FABRICANTE LEGAL, SIEMPRE QUE ESTE CONSTITUIDA EN UN PAÍS QUE TENGA TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO, SIENDO EL REPRESENTANTE LEGAL EL DUEÑO DEL PRODUCTO Y RESPONSABLE DE LA CALIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ CONSIDERAR AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
18	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6. BASES Y 4.1 TYC	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE BASTARÁ CARGAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS APARTADOS 6., 6.1 DE LAS BASES, 6.3 INCISO V DE LAS MISMAS E; INCISO 4.1 DEL ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES (LEGAL- ADMINISTRATIVA), EN EL APARTADO DEL MISMO NOMBRE EN EL PORTAL COMPRAS.MX, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHS REQUERIMIENTOS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA ELLO, LA DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA, MISMA QUE DEBERÁ ESTAR FOLIADA EN CADA UNA DE SUS FOJAS DE MANERA CONSECUTIVA.
19	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.3 BASES Y 4.2.3 TYC	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE BASTARÁ CARGAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADOS EN LOS APARTADOS 6.3 INCISO IV DE LAS BASES; INCISO 4.2.3 DEL ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE, FOLIADA Y FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL O



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026**

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				FOLLETOS, CATALOGOS Y/O FOTOGRAFIAS EN EL APARTADO TÉCNICO EN EL PORTAL COMPRAS.MX; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHS REQUERIMIENTOS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	APODERADO O POR PERSONA FACULTADA PARA ELLO, ASÍ COMO TODO LO SOLICITADO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES.
20	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES A.2) COMPETENCIA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO Y PODER ALCANZAR EL MÁXIMO DE PUNTOS ATRIBUIBLES A ESTE REQUISITO, BASTARÁ CON PROPONER LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (CÉDULA PROFESIONAL, CERTIFICADO DE ESTUDIOS, CARTA PASANTE, ETC) POR EL NÚMERO DE TÉCNICOS Y SUPERVISORES INDICADOS POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA, Y EL PRESENTAR UNA MAYOR NÚMERO DE PERSONAL NO OTORGARÁ PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CONVOCATORIA INDICANDO LO SIGUIENTE: SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTACIÓN AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE PERSONAL CON ESTUDIOS PROFESIONALES A NIVEL DE LICENCIATURA TITULADOS CON RELACIÓN AL NÚMERO DE PERSONAL EN SITIO REQUERIDO POR PARTIDA DE ACUERDO CON EL FORMATO T25. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL RESTO DEL PERSONAL PRESENTADO POR EL LICITANTE EN RAZÓN DEL NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DEL NIVEL DE ESTUDIOS ACREDITADO, COMPETENCIA O HABILIDAD
21	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES A.2) COMPETENCIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE, EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES PRESENTEN EL MAXIMO NÚMERO DE DOCUMENTOS, CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRAN LA MISMA PUNTUACIÓN.	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LA CONVOCATORIA INDICANDO LO SIGUIENTE: SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTACIÓN AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE PERSONAL CON ESTUDIOS PROFESIONALES A NIVEL DE LICENCIATURA TITULADOS CON RELACIÓN AL NÚMERO DE PERSONAL EN SITIO REQUERIDO POR PARTIDA DE ACUERDO CON EL FORMATO T25. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL RESTO DEL PERSONAL PRESENTADO POR EL LICITANTE EN RAZÓN DEL NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DEL NIVEL DE ESTUDIOS ACREDITADO, COMPETENCIA O HABILIDAD
22	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA INDICADO EN RUBRO 2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE SUBRUBRO A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE, LA CANTIDAD DE AÑOS MÁXIMOS A COMPROBAR DEBERÁ SER DE CINCO AÑOS Y EL PRESENTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE AÑOS DE EXPERIENCIA NO OTORGARÁ MAYOR PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO LA APRECIACION.
23	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES CUMPLAN CON EL MAXIMO NÚMERO DE AÑOS CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRAN LA MISMA PUNTUACIÓN.	ES CORRECTO LA APRECIACION.
24	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD DE LA EMPRESA INDICADO EN RUBRO 2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE SUBRUBRO B) ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, LA CANTIDAD DE CONTRATOS MÁXIMOS A COMPROBAR DEBERÁ SER DE CINCO CONTRATOS Y EL PRESENTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE ESTOS, NO OTORGARÁ MAYOR PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO LA APRECIACION.
25	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES CUMPLAN CON EL MAXIMO NÚMERO	ES CORRECTO LA APRECIACION.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMÍA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DE CONTRATOS CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRAN LA MISMA PUNTUACIÓN.	
26	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES 4 CUMPLIMIENTO	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA INDICADO EN RUBRO 4. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, SUBRUBRO A) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, LA CANTIDAD MÁXIMA DE NÚMERO DE CARTAS DE SATISFACCIÓN Y/O CANCELACIONES DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y/O ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y/O FACTURAS Y REMISIONES DE LOS CONTRATOS, SERÁ DE CINCO Y EL PRESENTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE DOCUMENTOS NO OTORGARÁ MAYOR PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO LA APRECIACION.
27	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PUNTOS Y PORCENTAJES 4 CUMPLIMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES CUMPLAN CON EL MAXIMO NÚMERO DE CARTAS DE SATISFACCION, Y/O CANCELACIONES DE GARANTIA CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRAN LA MISMA PUNTUACIÓN.	ES CORRECTO LA APRECIACION.
28	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	BCC 60.01.806	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DESDE 2.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 8 A 30 MM ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
29	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	60.01.871	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCTORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 6 FR U 8 FR, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
30	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	60.01.900	SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD DE 10 A 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.025" Ó 0.035" Ó 0.038", ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
31	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	60.01.944	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CUARTA OPCIÓN UNA PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA CON REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS EN CROMO COBALTO, GARANTIZANDO ASÍ QUE MI REPRESENTADA OFERTARÁ AL MENOS 3 PLATAFORMAS DISTINTAS, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
32	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	60.01.978	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE DIAMETRO MÍNIMO 1.0-1.2 MM Y DIAMETRO MÁXIMO 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA 5-10MM Y LONGITUD MÁXIMA 30 MM, Y CATETER DE 138 A 144 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
33	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	60.01.983	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA, RÍGIDA O DOBLE ESPIRAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 190CM Ó 300 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
34	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	BCB2, BCB1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA DE PUNCIÓN, PARED DELGADA, BISEL CORTO, LONGITUD DE 3.8 A 7.0 CM, CALIBRE 18 A 21 G, COMPATIBLE CON GUÍA 0.032" A 0.038", ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
35	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	BCB109	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
36	DISEÑO Y	TÉCNICO	BCB115	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026**

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DESARROLLO MEDICO SA DE CV			NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021" A 0.025" CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO,TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO. ¿SE ACEPTA?	
37	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	BCB47	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE DIAMETRO MINIMO 1.0-1.2 MM Y DIAMETRO MAXIMO 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD MINIMA 5-10MM Y LONGITUD MAXIMA 30 MM, Y CATETER DE 138 A 144 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO , ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
38	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	BCB84	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE O INTERMEDIA O RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 175 Ó 182 CM Ó 190 CM Ó 300 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
39	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	BCB86	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE LA DESCRIPCION CORRECTA ES CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA, YA QUE LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO INDICA UN TRATAMIENTO CORONARIO. FAVOR DE ACLARAR EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE O INTERMEDIA O RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 175 Ó 182 CM Ó 190 CM Ó 300 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
40	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	BCB86	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL,, LONGITUD OPCIONAL ENTRE DE 10 CM Ó 16 CM Ó 25 CM, CALIBRE CALIBRE DE 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.025 A 0.035". ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
41	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	BCB121	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA. CALIBRE 7 A 14 FR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE PET. MEDIDAS ENTRE 4MM Y 40MM E INTERMEDIAS COMPATIBLE CON DISPOSITIVO OFERTADO, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
42	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	BCB148	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 5 A 11 FR. MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR, DE MALLA DE NITINOL, Y/O TRATAMIENTO CERAMICO, CON CUBIERTA INTERNA DE PET. MEDIDAS ENTRE 4 MM A 20 MM E INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
43	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	BCB150	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR EL EQUIPO DE GUIA O MICROCATÉTER DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL COMPATIBLE CON EL BCC 60.01.894 OFERTADO, FAVOR DE CONFIRMAR.	SI, SE ACEPTA
44	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL		

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES :	NUMERO DE PREGUNTAS
2	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	74



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.021" A 0.038". CON EL FIN DE OFERTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE MEDIDAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
2	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA BCB109: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE, DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB109 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 23 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. YA QUE SON LAS MEDIDAS COMERCIALIZADAS EN MÉXICO ACTUALMENTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
3	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA A OFERTAR ES: BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE YA QUE NO SE FABRICAN CUERDAS DE POLITETRAFLUORETILENO EN MEDIDAS MAYORES A 260 CM ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
4	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB61 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB61 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EN MÉXICO SOLO SE MANEJA LA LONGITUD DE 100CM PARA ESTAS CURVAS. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
5	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB62 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB62	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMÍA PARA EL HGR 46 DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS.</p> <p>YA QUE EN MÉXICO ACTUALMENTE SOLO SE COMERCIALIZA LA MEDIDA DE 100 CM PARA ESTAS CURVAS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
6	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	<p>SE MENCIONA BCB115: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032" CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR UN INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, YA QUE, AL TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO RADIAL, ESTE RECUBRIMIENTO REDUCE EL TRAUMA DEL VASO SANGUINEO, CUALQUIER RECUBRIMIENTO DIFERENTE AL HIDROFÍLICO PUEDE RESULTAR CONTRAPRODUCENTE PARA EL PACIENTE.</p> <p>¿ES CORRECTO?</p>	SI, SE ACEPTA
7	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	<p>SE MENCIONA: BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERÁ OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM ESTÉRIL Y DESECHABLE Y GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO.</p> <p>YA QUE NO SE FABRICAN CUERDAS DE POLITETRAFLUORETILENO EN MEDIDAS MAYORES A 260 CM</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA
8	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	<p>SE MENCIONA: BCB63 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA PARA TÉCNICA RADIAL ASA DE 3, 3.5, 4 Y 5, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD. 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS Y CURVAS PREFORMADAS ESPECIALES PARA RADIAL CATÉTER BILATERAL TIPO TIG Ó ULTIMATE Ó TRAPEASE.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB63 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA PARA TÉCNICA RADIAL ASA DE 3, 3.5, 4 Y 5, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD. 100 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS Y CURVAS PREFORMADAS ESPECIALES PARA RADIAL CATÉTER BILATERAL TIPO TIG Ó ULTIMATE.</p> <p>YA QUE LA CURVA TRAPEASE ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA VIGENTE.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA
9	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	<p>SE MENCIONA: BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS</p>	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				MEDIDAS DE DIÁMETRO). PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 140 CM A 146 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). ¿SE ACEPTA?	
10	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB84 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB84 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 182 Ó 190 Ó 300 CM. YA QUE SON LAS MEDIDAS ACTUALMENTE COMERCIALIZADAS EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
11	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB82 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB82 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" LONGITUD DE 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O ANGULADA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
12	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB143 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" A 0.038" DE DIÁMETRO. DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) PREGUNTA: CON EL FÍN DE PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA EN BENEFICIO DEL PACIENTE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB143 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
13	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB124 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 8, 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) SE MENCIONA BCB123 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB124 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) BCB123 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
14	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 O 26 CC.	SI, SE ACEPTA

8



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA COVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 CC ¿SE ACEPTA?	
15	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA BCB86 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014 A 0.018" DE DIÁMETRO Y OPCIONALMENTE DE 175CM A 300CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA A OFERTAR ES: BCB86 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 182 A 300 CM. YA QUE SON PROCEDIMIENTOS CORONARIOS Y SE REQUIERE QUE LOS DISPOSITIVOS TENGAN INDICACIÓN CORONARIA. ¿ES CORRECTO?	SI, SE ACEPTA
16	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA BCB108: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB108 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 11CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
17	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB52 CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH O MULTIPROPÓSITO CALIBRE, 5F Y 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL PREGUNTA: CON EL PROPOSITO DE PODER OFERTAR MAS MEDIDAS EN BENEFICIO DEL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB52 CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH O MULTIPROPÓSITO O PIGTAIL, CALIBRE EN UN RANGO DE 5F A 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
18	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB152 SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO, Y/O CON TRATAMIENTO CERAMICO, CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN DE 7 A 14FR. DIÁMETROS DE DIVERSOS DIÁMETROS INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O PREGUNTA: EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB152 SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN, DE DIVERSOS DIÁMETROS INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
19	VITALMEX	TÉCNICO	BASES T4 HEMO	SE MENCIONA: BCB148 SISTEMA LIBERADOR	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	INTERNACIONAL SA DE CV		FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	<p>PARA OCLUSOR DE CIA. CALIBRE 7 A 12 FR. LONGITUD 60 A 80 CM. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4MM A 40MM E INTERMEDIAS COM PATIBLE CON DISPOSITIVO OFERTADO, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN O</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO QUE SATISFACEN LA NECESIDAD DE LOS PACIENTES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB148 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER, COMPATIBLE CON DISPOSITIVO LIBERADOR OFERTADO, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
20	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	<p>SE MENCIONA: BCB150 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR, DE MALLA DE NITINOL, Y/O TRATAMIENTO CERAMICO, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4 MM A 24MM E INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN O</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB150 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR .MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR, DE MALLA DE NITINOL, Y/O TRATAMIENTO CERAMICO, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4 MM A 20MM E INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA
21	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	<p>SE MENCIONA: BCB149 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 18 MM A 35MM E INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN .</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB149 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 18 MM A 35MM E INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN .</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA
22	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	<p>SE MENCIONA: BCB113 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB113 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 23 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD, JALISCO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
23	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB68 CUERDA GUÍA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATÉTER CON PUNTA EN "J" Y/O "RECTA" DE 1.5 MM A 3 MM, DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 150 A 260 CM DE ALTO SOPORTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB68 CUERDA GUÍA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATÉTER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 260 CM DE ALTO SOPORTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
24	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB59 CATÉTERES MULTIPROPÓSITO PUNTA A1, A2, B1 Y B2 ESTÉRIL Y DESECHABLE. LONGITUD 100 CM CALIBRE. 5FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB59 CATÉTERES MULTIPROPÓSITO PUNTA A1, A2, B1 Y B2 ESTÉRIL Y DESECHABLE. LONGITUD EN UN RANGO ENTRE 65 A 100 CM CALIBRE. 5FR ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
25	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB41 CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE POLITETRAFLUORETILENO, ALTO FLUJO RECTO Ó ANGULADO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 5 Ó 6FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB41 CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. CON PUNTA SUAVE, RECTO Ó ANGULADO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 5 A 6 FR. YA QUE DENTRO DEL MERCADO SE MANEJAN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES CON LOS QUE SE PRODUCEN ESTOS CONSUMIBLES, SIN AFECTAR EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
26	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA BCB1: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 4 A 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.021" A 0.038". CON EL FIN DE OFERTAR MAYOR MEDIDAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
27	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB112 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB112 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 23 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
28	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: BCB42 CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Y 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR.46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA MAYOR CANTIDAD DE CURVAS NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB42 CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, JB2, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL EN UN RANGO DE 4 A 5 FR., LONGITUD 100 Ó 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, SIDEWINDER (SIM1, SIM2, SIM3), MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE UN RANGO DE 100 Ó 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 5FR. ¿SE ACEPTA?</p>	
29	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	<p>SE MENCIONA: BCB121 INTRODUCADORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.038"</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB121 INTRODUCADORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 23 CM CALIBRE EN UN RANGO DE 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038". ¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA
30	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	<p>SE MENCIONA: BCB56 CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ, MP O EQUIVALENTE, EXTRA SOPORTE PARA IZQUIERDA Y EXTRA SOPORTE PARA DERECHA, MAMARIO.</p> <p>PREGUNTA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB56 CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ, MP O EQUIVALENTE, EXTRA SOPORTE PARA IZQUIERDA Y SOPORTE PARA DERECHA, MAMARIO. ¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA
31	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	<p>SE MENCIONA: 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD OPCIONAL DE 150, 260 Ó 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD OPCIONAL DE 150 Y 260. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DEBIDO A QUE LA MEDIDA DE 300 CM SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OBSOLETA. ¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA
32	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	<p>SE MENCIONA: 60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ÁCIDO POLIGLICÓLICO O CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 7FR.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS</p>	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO Y ACIDO POLIGLICOLICO. LOS CUALES CUMPLEN LA FUNCIÓN DEL CIERRE VASCULAR DE LAS PUNCIONES EN LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	
33	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATÉTER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.881 CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 150 CM. DEBIDO A QUE EXISTEN DIVERSAS TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE 6 Y 7 Fr
34	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.883 EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15CM O EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15 O 25CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.883 EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15CM, DEBIDO A QUE ES LA MEDIDA VIGENTE PARA ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
35	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.894 GUÍA DE PRESIÓN. FLOPPY DE .014 POR 185 O 190CM DE LONGITUD O MICRO CATÉTER CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL O GUÍA FLOPPY DE 0.014" POR 182 CM DE LONGITUD PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.894 GUÍA DE PRESIÓN. DE .014 POR 185 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL, CON EL FIN DE OFERTAR LA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON NUESTRO SISTEMA OFERTADO. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
36	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.898 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8-FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7FR PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCION CORRECTA A OFERTAR ES LA SIGUIENTE: 60.01.898 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 24 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR E INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 23 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR YA QUE CORRESPONDE A LAS MEDIDAS NECESARIAS DE ESTA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
37	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.900 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.900 INTRODUCOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 23 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.025 A 0.038" ¿SE ACEPTA?	
38	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.921 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 300 A 370 MG/ML, IOVERSOL O IOPAMIDOL O IOHEXOL O IOPROMIDA O LOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML O IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD, IOXAGLATO DE SODIO Y MEGLUMINA, CONCENTRACIÓN 320MG/ML, PRESENTACIÓN 100ML. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.921 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 Y 370 MG/ML, IOVERSOL O IOPAMIDOL O IOHEXOL O IOPROMIDA O LOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML O IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
39	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS SOLICITADAS, CON EL FIN DE TENER UN MAYOR NUMERO DE OPCIONES PARA TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	SI, SE ACEPTA
40	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.948 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO. TIPO: PIN-VICE. DESECHABLE -O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR AMBAS TECNOLOGIAS: ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA Y KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR. ¿ES CORRECTO?	SI, SE ACEPTA
41	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE Y EXPANDIBLES CON BALÓN, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014" O 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TITANIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL). PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS RADIOPACAS, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" Ó 0.014" Ó 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL), YA QUE DENTRO DE LA SOLICITUD SE REPITE LA DESCRIPCIÓN. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
42	VITALMEX INTERNACIONAL SA	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE	SE MENCIONA: 60.01.970 TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50-GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DE CV		CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	COAGULACIÓN ACTIVADA. INCLUYE EQUIPO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.970 TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA O ANALIZADOR CON TECNOLOGIA BASADA EN CUBETA CON CARTUCHO COMPATIBLE. YA QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	
43	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.976 CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE POLITETRAFLUORETILENO, ALTO FLUJO ANGULADO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 5 A 6 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.976 CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. CON PUNTA SUAVE, ANGULADO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 5 A 6 FR. YA QUE DENTRO DEL MERCADO SE MANEJAN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES CON LOS QUE SE PRODUCEN ESTOS CONSUMIBLES, SIN AFECTAR EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
44	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.978 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.25 A 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 8 A 30 MM. Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.978 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 140 CM A 146 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
45	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.979 CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS , PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ O MP O VODA O LKARI O EBU. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.979 CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ O MP O IKARI O EBU. YA QUE LA CURVA VODA SE ENCUENTRA DESCONTINUADA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
46	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.981 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMOLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMÍA PARA EL HGR 46 DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.981 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. YA QUE NO SE MANEJAN LAS MEDIDAS EN 110 CM PARA LAS CURVAS SOLICITADAS EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?	
47	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.982 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.982 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. DEBIDO A QUE LA MEDIDA COMERCIALIZADA EN MÉXICO ES DE 100 CM. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
48	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.983 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA, RÍGIDA O DOBLE ESPIRAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM A 195CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.983 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA, RÍGIDA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO DE 182CM O 190CM O 300 CM DE LONGITUD. CON EL FIN DE OFERTAR MÁS MEDIDAS PARA ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
49	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.1057 KIT DE INTRODUTOR RADIAL CON PARED ULTRA DELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.1057 KIT DE INTRODUTOR RADIAL CON PARED DELGADA O ULTRADELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
50	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.825 CATÉTER CON LAZO Y/O CANASTILLA DE DIVERSAS MEDIDAS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.825 CATÉTER CON LAZO DE DIVERSAS MEDIDAS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
51	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.908 JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 100 A 150 ML DE CAPACIDAD O JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 150 ML DE CAPACIDAD PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.908 JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 150 ML DE CAPACIDAD. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
52	VITALMEX	TÉCNICO	BASES T4 HEMO	SE MENCIONA: 60.01.959 STENT PRE MONTADO	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	INTERNACIONAL SA DE CV		ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	EN BALÓN CUBIERTO DE EPTFE. (USO CORONARIO). PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.959 STENT PRÉ MONTADO EN BALÓN CUBIERTO DE EPTFE. (USO CORONARIO) O STENT CON POLIURETANO ELECTROHILADO NO TEJIDO CON RECUBRIMIENTO PROPIO. ¿SE ACEPTA?	
53	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	5 ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE NO SE DEBERA DE OFERTAR TANTO DE LA PROPUESTA TECNICA COMO ECONOMICA EL EQUIPO 5 ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR, DEBIDO QUE YA SE SOLICITA EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO, EL CUAL ES SUFICIENTE PARA CUBIRIR LOS PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGÍA ESTRUCTURAL Y ELECTROFISIOLOGÍA, POR LO QUE CONSIDERAMOS RESULTA INNESESARIO Y LO CUAL INCREMENTARA EL COSTO DE LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
54	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	6 EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRICIÓN SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES, CON LA FINALIDAD DE PODER REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS EN EL CATALOGO. 6.1 EQUIPO RODABLE. 6.2.2 MONITOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE (1920 PX X 1080 PX) CON PUERTO HDMI. 6.2.3 PERMITE A EVALUAR EL TAMAÑO DE LA LESIÓN Y LA MORFOLOGÍA DELA PLACA Y COMPROBAR LOS FACTORES PREDICTIVOS DEL FALLO DEL STENT CON IVUS. 6.2.4 POSIBILIDAD DE UTILIZAR GUÍAS DE PRESIÓN PARA MEDIR FLUJO FRACCIONARIO RESIDUAL EN EL MISMO EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
55	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	15 EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRICIÓN EN EL PUNTO MENCIONADO, YA QUE EXISTEN DISTINTAS TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO Y CADA FABRICANTE DESCRIBE SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DIFERENTE MANERA, CON LA FINALIDAD DE PODER REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS EN EL CATALOGO. 15.1 EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL PARA GUÍA CALIBRE 0.014 CON SENSOR DE PRESIÓN INTEGRADO. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
56	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES, PUDIENDO SER OTRA OPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN EL MERCADO. 16 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA TERMOFUSIÓN DE VASOS. 6.1 ELECTROCOAGULADOR QUIRÚRGICO MODULAR PARA HEMOSTASIA Y CORTE, POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: 16.2 COAGULACIÓN Y CORTE MONO Y BIPOLAR. 16.3 EQUIPO MODULAR 16.4 POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA EN CORTE	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				BIPOLAR DE 100 WATTS O MAYOR 16.4.1 COAGULACIÓN MONOPOLAR DE 200 WATTS O MAYOR. 16.4.2 FORZADA COAGULACIÓN DE 120 WATTS O MAYOR. 16.4.3 SPRAY COAGULACIÓN 120 WATTS O MAYOR. 16.4.4 SIMULTÁNEA DE 200 WATTS O MAYOR 16.4.5 COAGULACIÓN BIPOLAR DE 120 WATTS O MAYOR 16.5 INDICADORES DE POTENCIA MONO Y BIPOLAR EN DISPLAY 16.6 AUMENTO DE LA POTENCIA MEDIANTE TECLADO O SISTEMA TÁCTIL. 16.8 PROGRAMAS DE AUTODIAGNÓSTICO Y REPORTE DE ERRORES Ó SEGURIDAD CONTRA EL MANEJO DEL EQUIPO Ó INDICACIONES DE SEGURIDAD. 16.9 PEDAL. 16.10 CONECTORES. ¿SE ACEPTA?	
57	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	18 CONSOLA DE ROTABLACIÓN . COMPATIBLE CON CATÉTERES OFERTADOS (CATÉTER DE ATRECTOMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA.) PREGUNTA: EL SIGUIENTE EQUIPO NO CUENTA CON DESCRIPCIONES TECNICAS POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LAS DESCRIPCIONES QUE DEBEMOS CONSIDERAR A OFERTAR SON LAS SIGUIENTES: 18.1 DISPLAY QUE INDIQUE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LA OLIVA EN RPM 18.2 PERILLA PARA AJUSTE DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN 18.3 CONECTOR DE LÍNEA DE GAS PARA NITRÓGENO O AIRE COMPRIMIDO 18.4 INDICADOR DE MODO DYNAGLIDE ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
58	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS EQUIPOS QUE DEBERAN CONSIDERARSE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA SON LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO ANEXO T11 "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE SMI PARA HE" Y ESTOS DEBERAN DE PRESENTARSE EN EL ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DESMI PARA HE, PARA LA PROPUESTA ECONOMICA. ¿ES CORRECTO?	SI, SE ACEPTA
59	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO 4. EQUIPO MÉDICO	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS A FIN DE COMPROBAR QUE SON FUNCIONALES Y SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, PODEMOS PRESENTAR "DICTAMEN TÉCNICO" Y/O UNA ORDEN DE SERVICIO Y/O BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ESTE DOCUMENTO PODRA SER EXPEDIDO POR EL LICITANTE, YA QUE, ES EL QUE BRINDA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
60	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO 4. EQUIPO MÉDICO	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS, ESTOS DEBERAN HABER SIDO FABRICADOS A PARTIR DEL AÑO 2021, ACREDITANDO LA ANTIGÜEDAD POR MEDIO DE LA FACTURA DE COMPRA. ¿ES CORRECTO?	SI, SE ACEPTA
61	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES T4 HEMO Y ANEXO TECNICO	SE MENCIONA: 6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO Y EN EL ANEXO TÉCNICO SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL ANEXO DEL REQUERIMIENTO, CON LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS CONSIDERAR, DE LOS BIENES DE CONSUMO BASICO Y LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, YA QUE DENTRO DE LA CONVOCATORIA MENCIONADA NO SE	LOS BIENES DE CONSUMO BASICO NO FORMA PARTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA, YA QUE SON BIENES INDISPENSABLES DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SE COTIZAN JUNTO CON ESTOS, DE ACUERDO A LOS BIENES COMPLEMENTARIOS SE ADJUNTA TABLA A ESTA ACTA CON LAS CANTIDADES MINIMAS Y



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMÍA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				TIENEN TODAS LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA.	MAXIMAS
62	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO 8 ASISTENCIA TÉCNICA.	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL NÚMERO DE TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DE 2, SIENDO 1 PARA CADA UNO DE LOS TURNOS MENCIONADOS EN LAS BASES (MATUTINO Y VESPERTINO). ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
63	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN EN LOS SIGUIENTES PUNTOS MENCIONADOS, YA QUE EXISTEN DISTINTAS TECNOLOGÍAS Y CADA FABRICANTE DESCRIBE SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DIFERENTE MANERA, SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 5. ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. 5.13 VASCULARES (APLICACIONES PERIFÉRICAS, CEREBROVASCULARES, DTC TEMPORAL Y PERIFÉRICO), Y VASCULARES ABDOMINALES). 5.15 ECOCARDIOGRAFÍA CON CONTRASTE (DETECCIÓN DE OVI Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ÍNDICE MECÁNICO (MI)) 5.19 TRANSDUCTOR TRANSESOFÁGICO MULTIPLANAR CON RANGO DE 2 A 3 MHZ O MENOR A 7 MHZ O MAYOR (ADULTO Y PEDIÁTRICO). O TRANSDUCTOR TRANSESOFÁGICO CON EL RAGO DE FRECUENCIA DE 2 A 3.5 MHZ O MENOR A 6 MHZ O MAYOR. Ó SONDA CON TECNOLOGÍA PUREWAVE CRYSTAL • RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 2 A 7 MHZ • TRANSDUCTOR DE SONDA TRANSESOFÁGICO CON 2500 ELEMENTOS 5.20. SECTORIAL, VECTORIAL O ARREGLO EN FASE CON EL RANGO DE 3MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, PARA APLICACIÓN CARDIOLÓGICA PEDIÁTRICA. O TRANSDUCTOR VECTORIAL CON EL RANGO DE FRECUENCIA DE 2.1 MHZ O MENOR A 7.8 MHZ O MAYOR. Ó SONDA SECTORIAL MATRICIAL CON 2500 ELEMENTOS DE ACTIVACIÓN SIMULTÁNEA 5.21 SECTORIAL, VECTORIAL O ARREGLO EN FASE CON EL RANGO DE 2MHZ O MENOR A 4 MHZ O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, PARA APLICACIÓN CARDIOLÓGICA ADULTO, DEBE SER EN TIEMPO REAL. Ó SONDA SECTORIAL • RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 4 A 2 MHZ ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
64	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA ANTERIOR: 5.23 MODO M 5.29 CON MODO ADAPTATIVO EN TIEMPO REAL QUE ANALICE EL CONTENIDO DE LA IMAGEN Y ELIMINE EL RUIDO Y AUMENTE LA DEFINICIÓN DE LOS BORDES DE TEJIDO. O TECNOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN, CON AJUSTE DE GANANCIA Y BRILLO, AXIAL Y LATERAL MEDIANTE HARDWARE, CON FUNCIÓN DE MONITOREO QUE PERMITA DIFERENCIAR ENTRE TEJIDO, RUIDO Y REFLEXIÓN ESPECULAR. Ó OPTIMIZACIÓN INTELIGENTE DE IMÁGENES ISCAN • OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES CON UNA SOLA PULSACIÓN - EN EL MODO 2D, AJUSTE AUTOMÁTICO MEDIANTE UN SOLO BOTÓN DE GANANCIA DEL SISTEMA Y TGC PARA ALCANZAR UN BRILLO TISULAR EQUILIBRADO 5.32 REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP • ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO EN MEMORIA LOCAL, VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y MODOS DÚPLEX DE UN MÁXIMO DE 2200 IMÁGENES EN COLOR Y 2D, HASTA 64 S DE DATOS DOPPLER PULSADO (PW) Y MODO M PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE	SI, SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				IMÁGENES, O HASTA 48 S DE DOPPLER CW PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES 5.33 PROGRAMA COMPLETO DE REPORTES Y CÁLCULOS Ó SELECCIÓN Y VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE LOS CÁLCULOS ¿SE ACEPTA?	
65	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T4 HEMO FORMATO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA EN LA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 60.01.011 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP); DESCRIPCIÓN; EN CASO DE CIERRE DE CIA INCLUYE EL USO DEL ULTRASONIDO INTRACARDIACO. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA DE ECOINTRACARDIACA DE 8 A 10 FR FABRICADA EN REPÚBLICA DE COREA, DEBIDO A QUE ES EL ÚNICO DISPOSITIVO EN EL MERCADO QUE CUMPLE CON ESTA INDICACIÓN ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
66	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES T4 HEMO, PUNTO 6.1, INCISO I)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A ESTA H.CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON UNA FECHA DE EMISIÓN NO MAYOR A 3 DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO RETRASAR LA CARGA DE LA PROPUESTA EN EL SISTEMA COMPRANET ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DE LAS PROPUESTAS
67	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES T4 HEMO, PUNTO 6.1, INCISO K), ANEXO NUMERO 8 Y ANEXO NÚMERO 8 "A"	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO NUMERO 8 (OCHO) BIENES DE ORIGEN NACIONAL Y ANEXO NÚMERO 8 "A" (OCHO "A") BIENES DE IMPORTACIÓN, DEBEN SER FIRMADOS ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
68	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, PUNTO 4. EQUIPO MEDICO ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4,2,7 FECHA DE FABRICACION DE SUS EQUIPOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A ESTA H.CONVOCANTE, QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA A FIN DE COMPROBAR QUE LOS EQUIPOS SON FUNCIONALES Y SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PODREMOS PRESENTAR "DICTAMEN TÉCNICO" Y/O UNA ORDEN DE SERVICIO Y/O POLIZA Y/O BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ESTE DOCUMENTO PODRA SER EXPEDIDO POR EL LICITANTE, YA QUE SON EQUIPOS DE SU PROPIEDAD Y ES EL QUE BRINDA LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
69	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, PUNTO 4.3 DEL EQUIPO MEDICO, PUNTO 4.3.1, PUNTO 6 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO, PUNTO 6.1.1, PUNTO 6.2.1 ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4.2.2 REGISTRO SANITARIO ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN EL CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO, Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO), DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, Y QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES : A) CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. O B) "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) PUBLICADO EL 07-07-2025, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO. SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
70	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, PUNTO 4.3 DEL EQUIPO MEDICO, PUNTO 4.3.1, PUNTO 6 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO, PUNTO 6.1.1, PUNTO 6.2.1 ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4.2.2 REGISTRO SANITARIO ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO DE EQUIPO MÉDICO, BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBERÁ PRESENTAR: C) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA. D) COPIA SIMPLE DEL "COMPROBANTE DE TRÁMITE DE PRÓRROGA" EMITIDO POR LA COFEPRIS, O EN SU CASO, COPIA SIMPLE DE LA "CONSTANCIA DE PRÓRROGA" DONDE SE IDENTIFIQUE PLENAMENTE EL NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDA POR LA COFEPRIS. O COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN
71	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, PUNTO 4.3 DEL EQUIPO MEDICO, PUNTO 4.3.1, PUNTO 6 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO, PUNTO 6.1.1, PUNTO 6.2.1 ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4.2.2 REGISTRO SANITARIO SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS, Y BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTRO SANITARIO, EN COMPILADOS UNICOS CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR INFORMACION, Y NO SATURAR LA PLATAFORMA COMPRANET, ¿EN SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE EL 100% DE LOS REGISTROS SANITARIOS, Y DEBIDAMENTE REFERENCIADOS
72	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, PUNTO 4.3 DEL EQUIPO MEDICO, PUNTO 4.3.2, PUNTO 6 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO, PUNTO 6.1.2, PUNTO 6.2.1 ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4.2.4.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD SE ESTABLECE QUE SE DEBERÁ PRESENTAR, COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO-13485:2016 EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS A NOMBRE DEL FABRICANTE O COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA VIGENTE, O EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CCEE), O CERTIFICADO DE CALIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE COFEPRIS, O MINISTERIO DE SALUD DE JAPÓN SOLICITAMOS ESTA H.CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ADEMÁS DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN EL REFERIDO NUMERAL LAS CERTIFICACIONES QUE SE ENLISTAN • HEALTH CANADA, • CONFORMITE EUROPEENNE (CE), • JAPANESE INDUSTRIAL STANDART (JIS)	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMÍA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<ul style="list-style-type: none"> TECHNISHER UBERWACHUGS VERIEN (TUV) AMERICAN NATIONAL ESTÁNDAR INSTITUTE/ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICAL INSTRUMENTATION (ANSI/AAMI) ¿SE ACEPTA?	
73	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO NO.1 ANEXO TECNICO, PUNTO 4.3 DEL EQUIPO MEDICO, PUNTO 4.3.2, PUNTO 6 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO, PUNTO 6.1.2, PUNTO 6.2.1 ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4.2.4.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS, Y BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, EN COMPILADOS UNICOS CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR INFORMACION, Y NO SATURAR LA PLATAFORMA COMPRANET, ¿EN SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE EL 100% DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y DEBIDAMENTE REFERENCIADOS
74	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 02: TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4.2.6, AVISO DE IMPORTACION	EN EL CASO DE OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO O USADO, DADO QUE LA IMPORTACIÓN DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS NO ESTÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE UN AVISO DE IMPORTACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA POR NO SER PRODUCTOS SIDERÚRGICOS O MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, PARA CUBRIR CABALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS EN LAS CUALES SE INDICAN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION CUANDO ESTOS SEAN EQUIPOS IMPORTADOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA ENTREGAR ESCRITO EN FORMATO LIBRE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y DEBIDAMENTE FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE MANIFIESTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO; DENTRO DE SU PROPUESTA OFERTE EQUIPAMIENTO (NUEVO O USADO), SE COMPROMETE A ENTREGAR AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, COPIA SIMPLE DEL AVISO DE IMPORTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO OFERTADO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas para remitir por Compras MX, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, mediante en Compras MX.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación Pública. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 08:10 horas, del día, mes y año en que se actúa


Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. María José Carrillo Capacete	Jefa de la Departamento De Adquisición de Bienes y Contratación de servicios	
Lic. Martha Angélica Gallardo García	Jefa del Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Dra. Sandra Judith Vazquez Avelar	Titular de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud	
Ing. Jorge Alberto Bañuelos Castañeda	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

Por el órgano Interno de Control Especifico en el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Mtro. Luis Enrique Gutierrez Valadez	Auditor en el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Oficina Regional no. 05, mediante oficio no. SABG/OICGYR/AIDI05/4148/2025	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
Nº. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMÍA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

CANTIDADES BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO OOAD

CLVSI	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	CANT MINIMA	CANT MAXIMA
60.01.806	Balón coronario con medicamento (paclitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 4.0 mm de diámetro y longitudes desde 10 mm a 30 ó 40 mm de longitud.	15	36
60.01.816	Balones de angioplastia coronaria de alta presión No complaciente.	42	104
60.01.818	Banda de compresión radial.	5	12
60.01.819	Bolsa estéril para tubo de fluoroscopia.	146	364
60.01.825	Catéter con lazo y/o canastilla de diversas medidas para extracción de cuerpo extraño.	4	8
60.01.837	Catéter guía multipropósito 5, 6, 7 y 8 Fr.	4	8
60.01.848	Catéteres diagnóstico convencional distintos de 4 a 8 Fr. Y hasta 110 cms. de longitud.	5	12
60.01.865	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, 0.035" longitud opcional de 150, 260 ó 300 cm. Estéril y desechable.	8	20
60.01.871	Dispositivo hemostático para cierre vascular a base de colágeno o ácido poliglicólico o cierre vascular con vaina introductora femoral incluida, un obturador, un predilatador, alambre guía y un sistema (SIS) para el cierre de 7fr.	10	24
60.01.877	Electrodo para marcapaso temporal bipolar.	8	20
60.01.881	Extensión coaxial de catéter guía coronario de rápido intercambio de 5, 5.5, 6, 7 y 8Fr ó de 6 a 8 Fr o catéter guía intermedio de 0.057" o EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM	2	4
60.01.883	Extensión de presión de 15cm o extensión de presión de 15 o 25cm.	7	16
60.01.885	Extractor de trombos intracoronario.	2	4
60.01.893	Guía de alto soporte.	2	4
60.01.898	Introductor de catéter arterial o venoso con alma metálica. Por técnica percutánea, longitud 25 a 45cm calibre. 5,6,7 y 8-fr o INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR	2	4
60.01.900	Introductor de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutánea, 4, 5, 6, 7, 8 French, longitud opcional de 10 ó 16 ó 25 cms. Con guía vascular 0.021 a 0.032".	7	16
60.01.901	Introduidores de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento hidrofílico longitud opcional de 10 a 25cm calibre, 4 a 7 fr.	15	36
60.01.908	Jeringa para angiocardiografía, de 100 a 150 ml de capacidad o Jeringa para angiocardiografía, de 150 ml de capacidad	4	8
60.01.909	Jeringa para sistema de inyección de medio de contraste por flujo variable.	36	88
60.01.910	Jeringas de plástico para insuflar el globo del catéter de dilatación de arterias coronarias para mantener y medir la presión.	4	8
60.01.911	Kit de Catéter Swan Ganz incluye: introductor y catéter para medición de presión por termo dilución.	2	4
60.01.912	Kit de pericardiocentesis. Incluye: 1 Aguja de 22 G., 1 aguja de 25 G., 1 jeringa de 12 mm., 1 jeringa de 20 cc., 1 jeringa de 60 cc, 1 bisturí y 1 aguja de 3-0 curva con sutura. (Puede variar según tecnología de cada fabricante siempre que tengan la misma funcionalidad y sean compatibles sus elementos.	2	4
60.01.913	Kit para administración de solución salina y medio de contraste por flujo variable: Incluye 1 Manifold, tubo de solución salina y una jeringa de mano, ó Kit con jeringa de 150 ml, tubo de solución salina y contraste.	79	196
60.01.918	Manifold angiográfico de tres vías.	4	8
60.01.920	Mantas para calentamiento intraoperatorias para la parte inferior del cuerpo y mantas para post operatorio de acceso múltiple. Incluye equipo	4	8
60.01.921	Medio de contraste hidrosolubles no iónico en concentración de 300 a 370 mg/ml, ioversol o iopamidol o iohexol o iopromida o lobitridol. Frasco con 100 ml o iónico de baja osmolaridad, ioxaglato de sodio y meglumina, concentración 320mg/ml, presentación 100ml.	160	400
60.01.941	Paquete universal de ropa.	154	384
60.01.943	Pig tail centimetrado 5 Fr.	21	52
60.01.944	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo, zotarolimus en cromo cobalto, everolimus en cromo cobalto. Cada una de las plataformas en diversas medidas.	20	48
60.01.945	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo	61	152



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-4-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

CLVSI	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	CANT MINIMA	CANT MAXIMA
	polímero bioabsorbible. O Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con revestimiento de everolimus o sirolimus, en platino-cromo o en cobalto-cromo, con polímero bioabsorbible.		
60.01.948	Rotador de cuerda guía para angioplastia coronaria de 0.014" de diámetro. Tipo: pin-vice. Desechable · o KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR,	10	24
60.01.959	Stent pre montado en balón cubierto de ePTFE. (Uso coronario).	2	4
60.01.961	Stent diferentes diámetros y longitudes, auto expandible y expandibles con balón, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014" o 0.018". (Para uso vascular general) o stent diferentes diámetros y longitudes, auto expandible, de nitinol y marcas de titalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014"(para uso vascular General).	2	4
60.01.969	Transductor de presión compatible con el polígrafo.	2	4
60.01.970	Tubo para muestra de sangre para medición de tiempo de coagulación activada. incluye equipo.	72	180
60.01.976	Catéter para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno, alto flujo angulado a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 5 a 6 fr.	4	8
60.01.978	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.25 a 4.5 mm de diámetro y longitudes desde 8 a 30 mm. y de 130 a 155cm de largo, sistema de rápido intercambio. (Ofertar todas las medidas de diámetro) o CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.	23	56
60.01.979	Catéteres guía tipo Judkins , para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0 y 5.0 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz o MP o Voda o Ikari o Ebu.	16	40
60.01.981	Catéteres para cateterización de arteria coronaria derecha con técnica percutánea, asa de 3.5, 4 y 5, calibre 5 ó 6Fr., longitud 100 a 110 cm. Tipo: Judkins, Amolatz 1 y 2. Multipropósitos, mamarios.	84	208
60.01.982	Catéteres para cateterización de arteria coronaria izquierda con técnica percutánea, cal 5 ó 6fr., longitud 100 o 110 cm tipo: femoral izquierda asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. Multipropósitos, mamarios.	4	8
60.01.983	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia, rígida o doble espiral con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro y 175cm a 195cm de longitud.	47	116
60.01.984	Guía hidrofílica de 0.035 o 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del médico	24	60
60.01.1057	kit de introductor radial con pared ultra delgada longitud opcional de 1o ó 16 ó 25cm de 5 a 7Fr.	2	4
60.01.861	Consumibles para electrocoagulación: electrodo neutro con dos áreas de contacto y lápiz de electrocirugía o electrodo neutro de dos areas y un lapiz de electrocirugía con 2 botones.	32	80
60.01.862	Controlador manual estéril para sistema de inyección de solución salina y medio de contraste con flujo variable.	144	360
60.01.894	Guía de presión. Floppy de .014 por 185 o 190cm de longitud o micro catéter con punta de Medición de la Reserva de Flujo coronario Fraccional o guía floppy de 0.014" por 182 cm de longitud	4	8
60.01.1053	Catéter de aterectomía rotacional trasluminal percutánea, de oclusiones agudas o crónicas, diferentes diámetros y longitudes con guía incluida de roto ablación de 0.009" y avanzador con oliva giratoria de diferentes diámetros.	4	8
60.01.845	Catéter de ultrasonido coronario	103	256