



ACTA DE NOTIFICACION DE ADJUDICACION

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

AA-50-GYR-050GYR002-T-209-2026

ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 12:00 (doce horas) del 22 de septiembre de 2026, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico sur número 8000, C.P. 45600, colonia Santa Maria Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con objeto de llevar a cabo la notificación de la adjudicación directa internacional bajo la cobertura de tratados para la adquisición del grupo de suministro 379 consumibles de equipo médico, para el ejercicio fiscal 2026, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33, 35 fracción III, 36, 39 fracción II, 49, 50, 53, 54 fracción V, 57, 66 y 69 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su Reglamento y lo requerido en la solicitud de cotización.

El acto fue presidido por la Lic. María Jose Carrillo Capacete, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con el artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de Licitación Pública).

Las claves de los Grupos de suministro 379 Consumibles de Equipamiento Médico, 526 ACCESORIOS DE EQUIPOS MEDICOS, 531 EQUIPOS MEDICOS de correspondientes a artículos utilizados en equipos médicos de ESTOMATOLOGIA, MASTOGRAFIA, OXIGENACION Y VENTILACION, TOMOGRAFIA, utilizados los Servicios de ATENCION MEDICA, RADIOLOGIA, HOSPITALIZACION, QUIROFANO, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y URGENCIAS, que son solicitadas por el titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas mediante oficio No. 14A660612700/1112/2026, rectificadas y ratificadas mediante correo electrónico del Ing. Biomédico Delegacional, para cubrir las necesidades de estos artículos en el ejercicio presupuestal 2026. Se realizó un análisis de las claves solicitadas, identificándose que presentan bajo nivel de inventario o no cuentan con existencia para cubrir las necesidades totales de estos artículos para el ejercicio 2026, por lo que el Requerimiento de compra solicitada es para cubrir la necesidad delegacional a partir de su adquisición, conforme a los CPM_V o los Consumos Directos o Consumos Reales Registrados promediados en el Sistema de Abastecimiento Institucional y conforme al presupuesto liberado, ya que dichos insumos se adquieren por compra emergente y con la finalidad de reducir el gasto. Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que los plazos establecidos en los procesos internos del Instituto, desde la planificación hasta la publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como los plazos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico correspondiente a un procedimiento de contratación, como lo son la Junta de Aclaraciones, el cierre de la Junta de Aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, la evaluación técnica, económica y legal, y la emisión del fallo correspondiente no guardan relación con la fecha en que se requiere de inicio el servicio, a fin de evitar daños al instituto, y una vez analizada la investigación de mercado, de acuerdo a las gestiones realizadas, se determina realizar procedimiento de contratación bajo los supuestos de los artículos 53 y 54 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a través de adjudicación directa.

De la proposición recibida se realizó su evaluación técnica, legal y económica, de la cual se determina lo siguiente:

Del resultado de la **EVALUACIÓN TÉCNICA** de las proposiciones recibidas, la cual fue realizada por el Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus de la Coordinación Delegacional de Ingeniería Biomédica, en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47, 48 y 49 fracción II y VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), el artículo 2 fracción III de su Reglamento y los numerales 4.39 y 5.3.9 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual se adjunta a la presente acta de notificación de adjudicación se determina lo siguiente:

COTIZANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	DICTAMEN	OBSEVACIONES	FUNDAMENTO.
INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	379	808	8195	00	00	SENSOR PARA SPO2 ADHESIVO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL/ADULTO, RD SET NEOPEO MENOR QUE 3 KG O MAYOR QUE 40 KG. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE:531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE	De conformidad con lo dispuesto en artículo 47 y 48 de la Ley y con fundamento en los criterios para la evaluación de las proposiciones, adjudicación de los contratos y Evaluación de las proposiciones técnicas, punto 2.1, 6.1 y 9 de las bases de Invitación su propuesta técnica es aprobada.



ACTA DE NOTIFICACION DE ADJUDICACION

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

AA-50-GYR-050GYR002-T-209-2026

ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

COTIZANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	DICTAMEN	OBSERVACIONES	FUNDAMENTO.
FLEXUS SA DE CV	379	808	8195	00	00	SENSOR PARA SPO2 ADHESIVO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL/ADULTO, RD SET NEOPEPO MENOR QUE 3 KG O MAYOR QUE 40 KG. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE:531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE	De conformidad con lo dispuesto en artículo 47 y 48 de la Ley y con fundamento en los criterios para la evaluación de las proposiciones, adjudicación de los contratos y Evaluación de las proposiciones técnicas, punto 2.1, 6.1 y 9 de las bases de Invitación su propuesta técnica no es aprobada.

Del resultado de la **EVALUACIÓN LEGAL Y ECONOMICA**, la cual fue realizada por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, con apoyo de la Lic. Martha Angelica Gallardo Garcia, Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y por el Ing. Jorge Alberto Bañuelos Castañeda, adscritos a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47, 48 y 49 fracción II y VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y el artículo 2 fracción I de su Reglamento, se determina lo siguiente:

COTIZANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	DICTAMEN	OBSERVACIONES	FUNDAMENTO.
INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	379	808	8195	00	00	SENSOR PARA SPO2 ADHESIVO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL/ADULTO, RD SET NEOPEPO MENOR QUE 3 KG O MAYOR QUE 40 KG. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE:531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE	De conformidad con lo dispuesto en artículo 47 y 48 de la Ley y con fundamento en los criterios para la evaluación de las proposiciones, adjudicación de los contratos y Evaluación de las proposiciones técnicas, punto 2.1, 6.1 y 9 de las bases de Invitación su propuesta legal administrativa es aprobada.

En relación a la fracción V del artículo 49, del de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), a continuación se señala el nombre del cotizante a quien se le **ADJUDICA EL CONTRATO**, de acuerdo a los criterios previstos en la solicitud de cotización, por resultar ser solventes en cuanto a las características, técnicas, legales y económicas:

COTIZANTE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANT REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	MARCA	ORIGEN
INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	379	808	8195	00	00	SENSOR PARA SPO2 ADHESIVO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL/ADULTO, RD SET NEOPEPO MENOR QUE 3 KG O MAYOR QUE 40 KG. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE:531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97.	19	\$ 6,700.00	MASIMO-SENSORES DE OXIMETRO DE PULSO	MÉXICO

De conformidad con la fracción VI del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, a continuación se señala, fecha, lugar y hora para la firma del contrato y presentación de garantías.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 129 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cotizante adjudicado deberá presentarse en la Oficina de Contratos ubicada en Periférico Sur No. 8000, colonia Santa María Tequepexpan, C.P. 45600, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con la documentación que a continuación se desglosa, para estar en posibilidades de celebrar el contrato correspondiente, en los plazos establecidos en el artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

- Para Personas Físicas deberá presentar Acta de Nacimiento e Identificación Oficial Vigente
- Para Personas Morales deberán presentar Acta constitutiva y Reformas en caso de existir.



ACTA DE NOTIFICACION DE ADJUDICACION

ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

AA-50-GYR-050GYR002-T-209-2026

ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

- Copia del poder notarial en su caso.
- Identificación oficial vigente del representante legal.

En ambos casos

- Copia del RFC de la empresa y comprobante de domicilio
- Manifiesto de no encontrarse en los supuestos del artículo 71 y 90 de la Ley.
- Copia del registro federal de contribuyentes
- Copia del registro patronal del IMSS e INFONAVIT
- Opiniones de cumplimiento de Obligaciones en materia fiscal, Seguridad Social e INFONAVIT positivas y vigentes.

La vigencia del Contrato que en su caso se formalice será a partir del **22 de septiembre al 02 de octubre del 2026**.

Con base en el artículo 129 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se señala lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	NUMERO DE PEDIDO	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	RAZON SOCIAL	VIGENCIA	MONTO TOTAL ADJUDICADO (SIN IVA INCLUIDO)	GARANTIA
050GYR002T20926-001-00	D6P0149	379	808	8195	00	00	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	22 de septiembre al 02 de octubre del 2026.	\$127,300.00	NO APLICA EN TERMINOS DEL ARTICULO 69 DE LAASSP

Para efectos de la notificación en términos del artículo 57 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) la presente acta de notificación de adjudicación será difundida en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

Así mismo, se informa a los cotizantes, que se realizó la revisión de proveedores sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin existir alguno con algún tipo de sanción.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:10 se da por terminado este acto el día en que se actúa, firmando al calce quienes en ella intervinieron, para los trámites a que haya lugar.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Maria Jose Carrillo Capacete	Jefa del Departamento De Adquisición de Bienes y Contratación de servicios	
Lic. Martha Angelica Gallardo Garcia	Jefa de la Oficina De Adquisición de Bienes y Contratación de servicios	
Ing. Jorge Alberto Bañuelos Castañeda	Oficina De Adquisición de Bienes y Contratación de servicios	

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.		

En la Ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 13:30 horas del día 10 de septiembre del año 2026, se lleva a cabo la evaluación técnica de las proposiciones de adjudicación directa nacional conforme a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; al capítulo segundo punto 4.35 de las Políticas Bases y lineamientos de Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social

OBSERVACIONES:

LICTANTE	Región	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	DICTAMEN	MOTIVO	FUNDAMENTACION.
INNOVACIÓN MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	14	379	360	4237	00	00	FILTRO ELECTROSTATICO PARA SISTEMA RESPIRATORIO + (HME) INTERCAMBIADOR DE CALORY HUMEDAD TWINSTAR, PARA PACIENTES PEDIATRICOS/ NEONATALES, DESECHABLE, 9 ML DEESPACIO MUERTO. PRESENTACION: PAQUETE CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO:MP05820. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL.CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO -NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA DRAGER. MODELO:BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO -ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: DRAGER. MODELO: OXYLOG 3000 PLUS. VENTILADORADULTO - PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA 300.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta carta de respaldo, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.

INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	15	379	445	340	00	01	LINEA DE MUESTREO ADULTO. PRESENTACION: PAQ. C/25 PZAS. NUMERO DE CATALOGO:V917C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIAINTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta carta de respaldo, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	28	379	808	8195	00	00	SENSOR PARA SPO2 ADHESIVO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL/ADULTO, RD SET NEOPEO MENOR QUE 3 KG O MAYOR QUE 40 KG. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE:531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	1	379	017	1353	00	01	ADAPTADOR PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8411130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADORVOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÁGER. MODELO: EVITA CONHUMIDIFICADOR F&P 850.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta Registro sanitario ni D.O.F. del archivo: 38431479_E_1TECOK. no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.		

RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	14	379	360	4237	00	00	FILTRO ELECTROSTATICO PARA SISTEMA RESPIRATORIO + (HME) INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD TWINSTAR, PARA PACIENTES PEDIATRICOS/ NEONATALES, DESECHABLE, 9 ML DEESPACIO MUERTO. PRESENTACION: PAQUETE CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO:MP05820. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO -ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: DRAGER. MODELO: OXYLOG 3000 PLUS. VENTILADORADULTO - PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA 300.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta Registro sanitario ni D.O.F. del archivo: 38431479_E_1TECOK. no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.			

RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	18	379	614	4669	00	01	MASCARILLA PARA CPAP, TAMAÑO: GRANDE. PRESENTACION: PQT C/10. NUMERO DE CATALOGO: 8418619. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG8000.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta Registro sanitario ni D.O.F. del archivo: 38431479_E_1TECOK.
RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	19	379	614	4677	00	01	MASCARILLA PARA CPAP, TAMAÑO: MEDIANO. PRESENTACION: PQT C/10. NUMERO DE CATALOGO: 8418490. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG8000.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No presenta Registro sanitario ni D.O.F. del archivo: 38431479_E_1TECOK. no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	33	526	070	0827	00	00	BRAZALETE PARA PARI INFANTIL MEDIDA: 9-3 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXI PORTIREUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-07. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

	DELEGACION ESTATAL EN JALISCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
--	-------------------------------	---

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.

RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	34	526	070	0843	00	00	BRAZALETE PARA PANI (PEDIATRICO MEDIDA: 15-21 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXI PORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-09. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE), CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	35	526	070	0850	00	00	BRAZALETE PARA PANI ADULTO PEQUEÑO MEDIDA: 20-26 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXI PORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE), CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO							ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026			
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.										
RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	36	526	070	0876	00	00	BRAZALETE PARA PANI ADULTO LARGO MEDIDA: 25-34 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXI PORT) REUTILIZABLE, (TECNOLOGIA FLEXI PORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-11L. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	37	526	070	0892	00	00	BRAZALETE PARA PANI ADULTO OBESO LARGO MEDIDA: 32-43 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXI PORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-12L. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.

RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	43	526	518	0678	00	00	MANGUERA PARA PANI PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATICO/OBESO, DE 2 VIAS, DE 3 M. DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 4500-31. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	La imagen propuesta no corresponde a lo ofertado, describe sensores de oximetria en la pagina No. 33 y 34 /229 del archivo 38431479_E_1TECOK.
RED NACIONAL DE PROFESIONALES EN SALUD S.A. DE C.V.	47	526	766	1790	00	00	SENSOR PARA TEMPERATURA, ORAL REUTILIZABLE, CON RECEPTACULO, "SURE TEMP PLUS", DE 2.7 METROS DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 02895-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARATRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000SPOT LXI.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	La imagen propuesta no corresponde a lo ofertado describe sensores de oximetria en la pagina No. 35,36 y 37 /229 del archivo 38431479_E_1TECOK. no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
FLEXUS, S.A. DE C.V.	1	379	017	1353	00	01	ADAPTADOR PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8411130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA CONHUMIDIFICADOR F&P 850.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
-------------------------------	--	---

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.

FLEXUS, S.A. DE C.V.	3	379	107	0943	00	01	BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NS14430. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY KAPPA.null	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	4	379	107	2600	00	00	BRAZALETE REUSABLE TAMAÑO ADULTO (25-35CM). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.040205. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS MEDICOS: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. /MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO./PM-2000XL	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	5	379	156	2097	00	02	CABLE PARA SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8409626. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	6	379	156	6643	00	01	CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 5 LATIGUILLOS DE 2.7 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1668A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: PHILIPS. MODELO: SURESIGNS VM4.null	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO							ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026			
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.										
FLEXUS, S.A. DE C.V.	7	379	200	1061	00	01	CIRCUITO DE VENTILACIÓN PEDIÁTRICO / NEONATAL, DESECHABLE PARA HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL. PRESENTACIÓN: CAJA 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8414994. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.941.0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARATRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÁGER. MODELO: SAVINA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No aprobado, en la página No. 67/163, la descripción propuesta tiene diferencias con lo solicitado en el cuadro básico solicitado, en el archivo: en el archivo con nombre: 38429031_E_ITECNICA, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
FLEXUS, S.A. DE C.V.	10	379	304	3377	00	01	ELECTRODO DE BOLA DE 5 MM PARA MANGO PORTAELECTRODO ESTANDAR 12 CM LARGO. PRESENTACIÓN: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: B0555MS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	11	379	304	6578	00	01	ELECTRODO DE ASA CON DIAMETRO DE 20 X 13 MM Y LONGITUD DE 15 CM. PRESENTACIÓN: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 152-190-13. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED. MODELO: SURTRON400 HP.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.			

FLEXUS, S.A. DE C.V.	12	379	304	6586	00	01	ELECTRODO DE ASA CON DIAMETRO DE 20 X 20 MM Y LONGITUD DE 15 CM. PRESENTACION:PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 152-190-20. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED. MODELO: SURTRON400 HP.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	13	379	304	6693	00	01	ELECTRODO DE ASA CURVA 20X10MM DE DIAMETRO PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-5180-104. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: CONMED. MODELO: 1000 SES.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	15	379	445	0340	00	01	LINEA DE MUESTREO ADULTO. PRESENTACION: PAQ C/25 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: V917C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2353K.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	16	379	445	0365	00	01	LINEA DE SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 10110102. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0384 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS.

ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.

FLEXUS, S.A. DE C.V.	21	379	808	2131	00	01	SENSOR DE TEMPERATURA PEDIATRICO. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DECATALOGO: 4329848. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DISEÑOS VITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY KAPPA.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No aprobado, en la página No. 32/163, la descripción del sensor de temperatura no corresponde a la descripción de cuadro básico solicitada, en el archivo con nombre: 38429031_E_1TECNICA.no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
	22	379	808	3378	00	01	SENSOR DE SPO2 MULTISITO, REUTILIZABLE, NEONATAL (CON UN PESO ENTRE 1 KG Y 4KG) PARA SU USO EN MANO O PIE. CON CABLE DE LONGITUD: 1.5 M. CON CONECTOR ENHEMICILO DE 8 PINES PARA LA ENTRADA DE SPO2 DEL MONITOR/MODULO. PRESENTACION:PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1193A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVES31.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS.MODELO: INTELLIVUE MP40/50.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.

FLEXUS, S.A. DE C.V.	23	379	808	3436	00	01	SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP DE TECNOLOGIA DRAGER, PARA EL DEDO, PEDIATRICO/ADULTO, REUSABLE, PARA SU USO EN PACIENTES CON PESO MAYOR A 30 KG. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: MS13235. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER, MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA, DELTA SERIES.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No aprobado, en la página 23/163 la descripción del cable propuesto y la imagen, no corresponde a la descripción del cuadro básico solicitado en el archivo con nombre: 38429031_E_ITECNICA, en la página 26/163, propone la nuevamente esta clase sin embargo no se aprecia el tipo de enredada de los pines para la conexión del monitor de signos vitales. no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
FLEXUS, S.A. DE C.V.	24	379	808	4269	00	01	SENSOR OXIMETRIA REUSABLE ADULTOS TIPO CLIP PHILIPS. REQUIERE CABLE ADAPTADOR M1943 O M1943AL. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: M1196T. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: PHILIPS, MODELO: MP60.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No aprobado, no referencia la clave propuesta en e en el archivo con nombre: 38429031_E_ITECNICA, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
FLEXUS, S.A. DE C.V.	25	379	808	6496	00	01	SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE SH1 PARA ADULTO. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: 02.01.109089-13. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES, CLAVE: 531.619.0403. MARCA: ADVANCED, MODELO: PM-2000XL PRO.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.			

FLEXUS, S.A. DE C.V.	26	379	808	6728	00	01	SENSOR DE SPO2 (COMPLETO) DE SILICONA WRAP, LARGO TOTAL DEL CABLE DE 2.7M. PRESENTACION: PZA, NUMERO DE CATALOGO: MINDRAY, MENNEN, DANATECH, PENLONINTERMED, MEDEC. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DESIGNOS VITALES. MARCA: DANATECH. MODELO: G3D.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	27	379	808	6785	00	01	SENSOR DE FLUJO REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 10110090. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: PLARRE/NIHON KOHDEN. MODELO: 9500/BSM-2353K.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No aprobado, en la pagina No. 65 /163, la descripción propuesta no corresponde a lo solicitado en el cuadro basico, en e en el. archivo con nombre: 38429031_E_1TECNICA, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
FLEXUS, S.A. DE C.V.	28	379	808	8195	00	00	SENSOR PARA SPO2 ADHESIVO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL/ADULTO, RD SET NEOPEO MENOR QUE 3 KG O MAYOR QUE 40 KG. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE: 531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No aprobado, en la pagina 29 /163 la descripción del cable propuesto no especifica el tipo de presentación (caja con 20 piezas), no especifica su equivalencia a CLAVE: 531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97, no corresponde a la descripción del cuadro basico, en el. archivo con nombre: 38429031_E_1TECNICA, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.

FLEXUS, S.A. DE C.V.	29	379	822	0475	00	01	SONDA DE TEMPERATURA ADULTO, LONGITUD DE: 3.0 M. PARA SU USO EN ESOFAGO Y RECTO, CON CONECTOR TIPO "MONOPLUG" DE 1/4". REQUIERE CABLE TRONCAL PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: 5201327. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTASERIES.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No aprobado, en la pagina 31 /163 la descripción del cable propuesto no corresponde a lo solicitado en el cuadro básico, en e en el archivo con nombre: 38429031_E_1TECNICA. Ita impangan propuesta en la entrada del cable no corresponde al tipo de entrada de monitor para la medición de este parámetro, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
FLEXUS, S.A. DE C.V.	30	379	892	0199	00	01	TRAMPA DE AGUA DRYLINE ADULTO. PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: V915A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	31	526	070	0033	00	01	BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE (10 CM). PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S943C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2301K.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026									
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.											

FLEXUS, S.A. DE C.V.	32	526	070	0652	00	00	BRAZALETE PARA PANI ADULTO MEDIDA: 21-30 CM DE 1 VÍA REUTILIZABLE, MODELO: YP-963T. PRESENTACIÓN: PIEZA. NÚMERO DE PARTE: S944B. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELOS: TEC-5600, TEC-8300.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No aprobado, no referencia la clave propuesta en e en el archivo con nombre: 38429031_E_1TECNICA, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
FLEXUS, S.A. DE C.V.	33	526	070	0827	00	00	BRAZALETE PARA PANI INFANTIL MEDIDA: 9-3 CM DE 1 O 2 VÍAS (TECNOLOGIA FLEXI-PORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACIÓN: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: NÚMERO DE PARTE: REUSE-07. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCHALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	34	526	070	10643	00	00	BRAZALETE PARA PANI PEDIATRICO MEDIDA: 15-21 CM DE 1 O 2 VÍAS (TECNOLOGIA FLEXI-PORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACIÓN: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: NÚMERO DE PARTE: REUSE-09. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCHALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

	DELEGACION ESTATAL EN JALISCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
		ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.

FLEXUS, S.A. DE C.V.	35	526	070	0850	00	00	BRAZALETE PARA PANI ADULTO PEQUEÑO MEDIDA: 20-26 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXI PORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	36	526	070	0876	00	00	BRAZALETE PARA PANI ADULTO LARGO MEDIDA: 25-34 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXI PORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-11L. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO							ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026					
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.												
FLEXUS, S.A. DE C.V.	37	526	070	0892	00	00	BRAZALETE PARA PAMI ADULTO OBESO LARGO MEDIDA: 32-43 CM DE 1 O 2 VIAS/TECNOLOGIA (FLEXIPOINT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-12L PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE), CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXL.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"		
FLEXUS, S.A. DE C.V.	38	526	080	1856	00	01	CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 3 LATIGUILLOS DE 2.7 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1669A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: PHILIPS. MODELO: MX450.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No aprobado, en la pagina No. 9/163, del archivo de nombre: 38429031_E_ITECNICA, la entrada del sensor no corresponde a la clave solicitada, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026		
FLEXUS, S.A. DE C.V.	39	526	080	2151	00	00	CABLE COMPLETO PARA ECG DE 3 PUNTAS DE BROCHE/SNAP IEC REUTILIZABLE, 3.5 METROS, MODELO: BC-763V. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: K353A. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELOS: TEC-5500, TEC-7500.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"		

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
ACTA DEL DICTAMEN TÉCNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.		

FLEXUS, S.A. DE C.V.	40	526	080	2698	00	00	CABLE TRONCAL PARA SPO2, DE 1.2 M (4 PIES) CON CONECTOR DE SENSOR, CON TECNOLOGIA MASIMO PRESENTACION: PIEZA: NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: PC-04, PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	41	526	517	0455	00	01	MANGUITO REUTILIZABLE "COMFORT" ADULTO. CONTORNO DE LA EXTREMIDAD 27 A 35 CM ANCHO DE LA BOLSA DE INFLADO 13 CM, CON UN SOLO TUBO, CON CONECTOR TIPO BAYONETA COMPATIBLE CON LA MANGUERA. PRESENTACION: PIEZA: NUMERO DE CATALOGO: M1574A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: PHILIPS. MODELO: MX450.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	42	526	518	0603	00	00	MANGUERA PARA PARI ADULTO DE 1 VIA. PRESENTACION: PIEZA: NUMERO DE PARTE: M15988. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR. MONITOR-MARCAPASO. MARCA: PHILIPS. MODELOS: HEARTSTART MRX, HEARTSTART XL+.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.			

FLEXUS, S.A. DE C.V.	43	526	518	0678	00	00	MANGUERA PARA PANI PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATICO/OBESO, DE 2 VIAS, DE 3 M. DE LONGITUD, PRESENTACION: PIEZA: NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 4500-31, PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	44	526	766	0321	00	01	SENSOR SPO2 MULTISITIO REUSABLE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: PZ25G. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE/NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2301K.	NO APROBADO	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	No aprobado, no referencia la clave propuesta en e en el archivo con nombre: 38429031.E_1TECNICA, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
FLEXUS, S.A. DE C.V.	45	526	766	1683	00	00	SENSOR PARA SPO2 TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO, > 40 KG. DURA SENSOR, CON TENCLOGIA NELLCOR OXIMAX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: DSA-100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEXCSM.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO		ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.		

FLEXUS, S.A. DE C.V.	47	526	766	1790	00	00	SENSOR PARA TEMPERATURA, ORAL REUTILIZABLE, CON RECEPTACULO, "SURE TEMP PLUS", DE 2.7 METROS DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 02895-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARATRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000SPOT LXI.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	48	526	766	1998	00	00	SENSOR COMPLETO PARA SPO2 TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO. SH1PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS3-109079. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE: 531.667.0065. MARCA: ADVANCED. MODELO: PO-100B. MARCAS COMPATIBLES: EDAN.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"
FLEXUS, S.A. DE C.V.	49	526	766	2004	00	00	SENSOR COMPLETO PARA SPO2 TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA PACIENTE PEDIATRICO. SH5PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS3-0110521. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE: 531.667.0065. MARCA: ADVANCED. MODELO: PO-100B. MARCAS COMPATIBLES: EDAN.	APROBADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	Cumple con lo solicitado en la "ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

	DELEGACION ESTATAL EN JALISCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
FLEXUS, S.A. DE C.V.	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CAPSULA SENCILLA, CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS, ERGONOMICO, DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO, OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICON O GOMA CON ROSCA METALICA, LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE DE PVC, LARGO DE 45 A 56 CM, CAPSULA PARA AUSCULTACION FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO, CON CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIAMETRO, ANILLO CON ROSCA, MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLASTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ. REFACCIONES: NO REQUIERE ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: OLIVAS Y DIAFRAGMA. INSTALACION, OPERACION, MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	NO APROBADO NO CUMPLE CON LO SOLICITADO No aprobado, en la pagina No. 65/163, la imagen propuesta de este articulo y la descripción propuesta, no corresponde a la clave de cuadro basico solicitado, en el archivo: 38429031_E_11 TECNICA, no cumple con lo solicitado en la ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

	DELEGACION ESTATAL EN JALISCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
		ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 35 FRACCION III Y 36, 39 FRACCION II, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LOS ARTICULOS 51 DE SU REGLAMENTO.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 379 PARA CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS, PARA LOS HOSPITALES DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

EN COMENTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, siendo 18:30 Hrs del día 10 de septiembre del 2026, elaborando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, firmando al calce y al margen, las personas que en ella actuaron.

Por el Instituto Mexicano Del Seguro Social

Christopher Guillermo Oliva Niehus
 CORDINADOR DE INGENIERIA BIOMEDICA
 ING. CHRISTOPHER GUILLERMO OLIVA NIEHUS.

**Información**

No existen proveedores con esta búsqueda:
 INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS
 PARA LA SALUD MX

Directorio de Proveedores y Contratista:

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción:

Multa e Inhabilitaciones

Seleccione al proveedor y contratista

INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX

Buscar

Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0 « ‹ › »									

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Usuario Ingresar ¿Olvidó su usuario?

[Inicio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

RES

Buscar...



[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)



RESULTADO DE BÚSQUEDA

Texto: **INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA**

Periodo: **22/09/2016 a 22/09/2026**

Su búsqueda no produjo ningún resultado.

0 - 0 DE 0

IMPRIMIR

GUARDAR

CONSULTA POR FECHA

Sep		2026				
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

- Crear Usuario
- Búsqueda Avanzada
- Top Notas
- Normas Oficiales
- Quejas y Sugerencias
- Obtener Copia del DOF
- Verificar Copia del DOF
- Enlaces Relevantes
- Contáctenos
- Historia del Diario Oficial
- Vacantes en Gobierno
- Ex-trabajadores Migratorios

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 22/09/2026	
DOLAR	UDIS
17.2203	8.822748
TIE 28 DIAS	TIE 91 DIAS
6.7659%	6.8033%
TIE 182 DIAS	TIE DE FONDEO
6.8577%	6.51%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí

[Votar](#)