



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSION: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las nueve horas del tres de octubre del dos mil veinticinco, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Avenida Plan de Ayala No.1201 esq. Avenida Central, Colonia Ricardo Flores Magón, 62450 Cuernavaca, Morelos; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del (los) numeral(es) 3.2 y 3.2.2 de la convocatoria a la licitación.

El acto fue presidido por el funcionario público, Lic. Jorge Luis Luna Ham, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la plataforma digital de contrataciones públicas Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, así mismo se encuentran presentes el I.B. Jorge Suárez Arreola, Coordinador de Ingeniería Biomédica del OOAD Morelos, el Lic. Rodrigo Rangel Capetillo, Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y el Lic. Ernesto Gómez Juárez, Líder de Proyecto C.

El presidente del acto fue asistido por el I.B. Jorge Suárez Arreola, Coordinador de Ingeniería Biomédica del OOAD Morelos y representante del área técnica, quién solventara las preguntas de carácter técnico.

De conformidad con el artículo 45 del Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo, se informa que se reciben preguntas a través de la plataforma digital de contrataciones públicas compras MX; se anexan 4 fojas.

El presidente del acto dio inicio al acto señalando, informando que se recibieron preguntas en tiempo y forma a través de la plataforma digital de contrataciones públicas compras MX, de conformidad al artículo 44 de la Ley, 45 y 46 de su Reglamento, se anexan 111 fojas útiles por un solo lado, de las solicitudes de aclaración a la convocatoria y manifiestos de interés en participar del siguiente licitante:

Table with 4 columns: No., NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, FORMA DE PRESENTACIÓN, No. DE PREGUNTAS. It lists 6 companies and their participation details in the bidding process.





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

7	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	SOLO ENVIA MANIFIESTO DE INTERES
8	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	42
9	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
10	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	12
11	CONDUIT LIFE SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	96
12	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
13	DISTRIBUCIONES ANRO SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
14	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	43
15	DTM TECNOLOGIAS SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	SOLO ENVIA MANIFIESTO DE INTERES
16	EYM SOLUTIONS SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
17	GARKEN MEDICAL SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
18	GEODATA EN LA NUBE SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
19	GRUPO EOLICA SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
20	GRUPO REINET SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
21	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	23
22	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	36
23	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	132
24	MEDIXSA SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	SOLO ENVIA MANIFIESTO DE INTERES
25	MELJCROM SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
26	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	SOLO ENVIA MANIFIESTO DE INTERES



2025
Año de
La Mujer



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

27	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
28	RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
29	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
30	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	36
31	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	SOLO ENVIA MANIFIESTO DE INTERES
32	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	SOLO ENVIA MANIFIESTO DE INTERES
33	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	SOLO ENVIA MANIFIESTO DE INTERES
34	SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS TRIANA SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	7
35	SUPLY PHARMA SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
36	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO
37	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	8
38	VITER MEDICAL SA DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	SOLO ENVIA MANIFIESTO DE INTERES
39	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX	NO MANIFIESTA INTERES SOLO VISUALIZA EL EVENTO

Acto seguido, se procedió a la lectura de la solicitud (es) de aclaración a la Convocatoria presentada (s) en tiempo y forma por el (los) interesado (s), así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación-----

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1: ANEXO TÉCNICO, INCISO E, NUMERAL 10 INCISO B)	SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA PRESENTAR EL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN SOLO EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CALENDARIOS DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN NO FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, POR LO CUAL NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO SU OMISIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, Y DEBERÁN ENTREGARLOS EN DADO CASO DE RESULTAR GANADORES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

2	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL ESPECIFICANDO QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE EXHIBIRA COPIA DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
3	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, PUNTOS 1.1.1 Y 1.1.1.1.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE ACEPTE MONITOR DE 10.4" DE TIPO PRECONFIGURADO, YA QUE FAVORECE LA PRACTICIDAD DE USO CONFORME A LOS PARAMETROS SOLICITADOS, E INCLUSO LA TECNOLOGIA DE NUESTRO MONITOR PRECONFIGURADO, TIENE CRECIMIENTO A FUTURO PARA MEDICION DE CO2, PRESION INVASIVA Y GASTO CARDIACO NO INVASIVO, POR LO TANTO ES UN EQUIPO QUE CUMPLE Y PUEDE REBASAR LA TECNOLOGIA MODULAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
4	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, PUNTOS 1.1.1 Y 1.1.6.	PONEMOS A SU CONSIDERACION SE ACEPTE OFERTAR MONITOR PRECONFIGURADO, CON CAPACIDAD PARA DESPLEGAR HASTA 6 CURVAS SIMULTANEAS (2 DE ECG, 1 DE RESPIRACION, 1 DE SPO2 Y CRECIMIENTO A FUTURO PARA 1 CURVA DE CO2 Y 1 CURVA DE PRESION INVASIVA), LO CUAL SUPERA LO SOLICITADO Y BRINDA MEJOR ATENCION CLINICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
5	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, PUNTOS 1.1.8.2, 1.1.8.3 Y 1.1.8.4.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR MONITOR CON DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 2 DERIVACIONES, A ELEGIR ENTRE 8 DERIVACIONES, YA QUE CON ELLO SE TIENE LA POSIBILIDAD DE REVISAR HASTA 23 ARRITMIAS Y EL NIVEL DE ST EN LAS 8 DERIVACIONES MONITORIZADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
6	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, PUNTO 1.1.11.	ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 120 HORAS. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
7	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, PUNTO 1.1.6.	POR TRATARSE DE UN MONITOR PARA TERAPIA, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR DESPLIEGUE DE HASTA 15 CURVAS SIMULTANEAS. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
8	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, PUNTO 1.1.6.6.	ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE OFERTAR ELECTROENCEFALOGRAFIA (EEG) DE FORMA DIRECTA, NO A TRAVES DE LA MEDICION DE BIS, CON AL MENOS 2 CANALES DE EEG, CON DESPLIEGUE DE VALORES COMO SEF (FRECUENCIA ESPECTRAL DE BORDE), MDF (FRECUENCIA MEDIA), PPF (FRECUENCIA DE POTENCIA MAXIMA), ADEMAS DE GRAFICAS DE CSA (MATRIZ ESPECTRAL COMPRIMIDO) Y DSA (MATRIZ ESPECTRAL DE DENSIDAD). ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

9	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, PUNTO 1.1.8.4.	POR TRATARSE DE UN MONITOR PARA TERAPIA, PONEMOS A SU CONSIDERACION SE OFERTE DETECCIÓN DE AL MENOS 20 ARRITMIAS. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
10	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, PUNTOS 1.1.17 Y 1.1.18.	DEBIDO A QUE LA TECNOLOGIA QUE OFERTAMOS NO REQUIERE DE MODULO EXTERNO (INSERTABLE) PARA LA MEDICION DE PRESION INVASIVA Y CAPNOGRAFIA, YA QUE EN EL MODULO PRINCIPAL UTILIZA LA COMBINACION DE UN TRONCAL INTELIGENTE (SMART CABLE) Y UN PUERTO MULTICONECTOR, LO CUAL PERMITE QUE SE CONECTE EL CABLE TRONCAL Y AUTOMATICAMENTE SE DETECTA EL PARAMETRO CORRESPONDIENTE, POR EJEMPLO, PRESION INVASIVA, CO2, BIS, ENTRE OTROS. ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA DE TRONCAL INTELIGENTE Y MULTICONECTOR. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
11	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, PUNTO 2.6.1.1.	PARA FAVORECER LA ATENCION DE LA DIVERSIDAD DE PACIENTES EN TERAPIA, PONEMOS A SU CONSIDERACION SE OFERTE UN SENSOR DE CO2 REUSABLE, QUE FUNCIONE PARA PACIENTES INTUBADOS (MEDIANTE ADAPTADOR DE VIA AEREA) Y TAMBIEN CON PACIENTES NO INTUBADOS (MEDIANTE MASCARILLA). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
12	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, PUNTO 2.6.1.3.	EN CASO DE SER FAVORABLE NUESTRA PREGUNTA DEL PUNTO 2.6.1.1, ESTAREMOS OFERTANDO 20 ADAPTADORES DE VIA AEREA DESECHABLES PARA PACIENTE INTUBADO, ASI COMO 10 MASCARILLAS DESECHABLES PARA PACIENTE NO INTUBADO. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
13	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.3.2.	ENTENDEMOS QUE PARA FINES DE REFERENCIADO, SE ACEPTA DOCUMENTAR ESTE PUNTO COMO TASA DE FLUJO. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
14	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.3.5.1.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA OFERTAR TIEMPO INSPIRATORIO A PARTIR DE 0.20 SEG, YA QUE INCLUSO EN NEONATOS PREMATUROS SE MANEJA UN TIEMPO INSPIRATORIO ENTRE 0.25 Y 0.35 SEG. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
15	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.3.7.	EN NUESTRO VENTILADOR TENEMOS LA FUNCIÓN DE PAUSA ESPIRATORIA COMO UN ACCESO RÁPIDO, EN LA CUAL SE PUEDE PROLONGAR EL TIEMPO DE DURACIÓN POR MÁS DE 2 SEGUNDOS; PARA FINES DE REFERENCIADO, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA UNA CAPTURA DE PANTALLA DE DICHA FUNCIÓN DEMOSTRANDO LA DURACIÓN DE 2 SEGUNDOS O MAYOR. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

16	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.3.12.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE NEBULIZACIÓN QUE SE ALIMENTE DEL VENTILADOR, Y NO AÑADE FLUJO ADICIONAL AL PROGRAMADO EN EL VENTILADOR, NI ALTERA LA ENTRADA DEL FLUJO DEL PACIENTE, PERMITIENDO UTILIZAR LA COMPENSACIÓN DE FUGA DEL EQUIPO PARA ASEGURAR LA ENTREGA DE LO SOLICITADO EN LA MODALIDAD VENTILATORIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
17	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.3.14.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE NEBULIZACIÓN QUE SE ALIMENTE DEL VENTILADOR, Y NO AÑADE FLUJO ADICIONAL AL PROGRAMADO EN EL VENTILADOR, NI ALTERA LA ENTRADA DEL FLUJO DEL PACIENTE, PERMITIENDO UTILIZAR LA COMPENSACIÓN DE FUGA DEL EQUIPO PARA ASEGURAR LA ENTREGA DE LO SOLICITADO EN LA MODALIDAD VENTILATORIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
18	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.3.15.	CONFORME A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, ENTENDEMOS QUE SE PERMITE REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO, FLUJO BASE O FLUJO CONTINUO O FLUJO CONTANTE, LO CUAL ES EQUIVALENTE. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
19	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.3.17.	EN NUESTRO EQUIPO, TENEMOS UNA FUNCIÓN DE ACCESO DIRECTO LLAMADA O2 ELEVADO, DONDE SE AJUSTA EL PORCENTAJE DESEADO DE FIO2 Y TAMBIÉN SE AJUSTA EL TIEMPO DE DURACIÓN. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA REFERENCIAR LO ANTERIOR CON UNA CAPTURA DE PANTALLA, MOSTRANDO QUE LA MANIOBRA PUEDE DURAR MÁS DE 2 MIN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
20	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.4.5.	EN NUESTRO EQUIPO, EL RESPALDO EN CASO DE APNEA SE PUEDE ACTIVAR EN LOS MODOS CONTROLADOS POR VOLUMEN Y POR PRESIÓN, ASÍ COMO EN LOS MODOS SINCRONIZADOS (SIMV) Y EN LOS MODOS ESPONTÁNEOS, ASUMIMOS QUE SE ACEPTA DE ESTA FORMA. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
21	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.4.6.	ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA NUESTRO EQUIPO CON LOS MODOS A/CMV-PRVC (ASISTO CONTROLADO CON PRVC, QUE ES VOLUMEN OBJETIVO REGULADO POR PRESIÓN) Y SIMV-PRVC-PS (SINCRONIZADO CON PRVC Y CON PRESIÓN DE SOPORTE). ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
22	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTOS 1.4.8 Y 1.4.12.	EN NUESTRO EQUIPO, EL MODO APRV FUNCIONA AJUSTANDO DOS NIVELES DE PRESIÓN Y A LA VEZ CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN, ADEMÁS FUNCIONA TANTO PARA TERAPIA INVASIVA, COMO PARA NO INVASIVA, ASUMIMOS QUE SE ACEPTA REFERENCIARLO DE ESTA FORMA. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item Number, Description, Category, Partida, Question, and Answer. Contains 8 rows of technical specifications and responses regarding medical equipment.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

32	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.7.5.	ASUMIMOS QUE SE REFIEREN A UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS, QUE FUNCIONE EN MODO INVASIVO Y NO INVASIVO, ADEMÁS DE FUNCIONAR PARA TODOS LOS PACIENTES, ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATOS. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
33	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.7.7.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA OFERTAR HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO, CON DOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CONTROLADOS POR SENSORES. NO REQUIERE DE CABLE CALENTADOR EXTERNO DE TUBO DUAL, NI DE SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO, YA QUE LOS CIRCUITOS QUE UTILIZA YA TIENEN INTEGRADOS TANTO EL CABLE CALEFACTOR, COMO EL SENSOR DE TEMPERATURA. POR LO ANTERIOR, EL HUMIDIFICADOR PROPUESTO ES SUPERIOR A LO SOLICITADO Y ADEMÁS OFRECE MEJOR COSTO-BENEFICIO AL INSTITUTO, AHORRANDO EL COSTO DE LOS CABLES Y SENSORES EXTERNOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
34	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.7.7.2.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA OFERTAR LOS CIRCUITOS COMPATIBLES CON EL HUMIDIFICADOR PROPUESTO, LOS CUALES OFRECEN MEJOR COSTO-BENEFICIO AL INSTITUTO POR TENER INTEGRADOS EL ELEMENTO CALEFACTOR Y EL SENSOR DE TEMPERATURA, ADEMÁS DE BRINDAR UNA DURACION DE HASTA 28 DÍAS CONECTADOS A UN PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
35	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.7.7.4.	ASUMIMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR, CIRCUITOS DE DOBLE RAMA QUE YA CUENTAN CON UN SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE EL INSTITUTO TENDRÍA MEJOR COSTO-BENEFICIO EVITANDO COMPRAR SENSORES EXTERNOS A LOS CIRCUITOS. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
36	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.7.7.6.	EL HUMIDIFICADOR PROPUESTO UTILIZA CÁMARA CON CONECTORES DE 15 Y 22 MM, DE TAL FORMA QUE SE PUEDEN CONECTAR CIRCUITOS UNIVERSALES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE REFERENCIARLO DE ESA FORMA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
37	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.7.12.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE, PODER REFERENCIAR QUE EL VENTILADOR CUMPLE LAS NORMAS ISO 10993-1 2018 (EVALUACIÓN BIOLÓGICA) E ISO 18562-1 A 3 03/2017 ED: 1 (BIOCOMPATIBILIDAD DE LAS VÍAS DE GASES RESPIRATORIOS), PARA CONFIRMAR QUE LOS COMPENETS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO SON LIBRES DE LÁTEX. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

38	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 1.7.15.	EL VENTILADOR QUE OFERTAMOS CUENTA CON UN SENSOR DE FLUJO INTERNO REUSABLE, PARA REALIZAR LA MEDICIÓN EN PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, DE TAL FORMA QUE NO REQUIERE SENSOR DE FLUJO PROXIMAL; ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTARLO DE ESTA MANERA CON SENSOR DE FLUJO INTERNO. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
39	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 2.3.	ASUMIMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR, CIRCUITOS DE DOBLE RAMA QUE YA CUENTAN CON EL SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, DE TAL FORMA, QUE EN LUGAR DE OFERTAR DOS SENSORES DE TEMPERATURA ADICIONALES, ESTAREMOS OFERTANDO UN SENSOR POR CADA CIRCUITO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
40	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTOS 2.8 Y 3.1.	PARA NUESTRO VENTILADOR NO SE REQUIERE SENSOR DE FLUJO PROXIMAL NEONATAL, Y TAMPOCO REQUIERE DE NINGUN SENSOR DE FLUJO COMO CONSUMIBLE, YA QUE CUENTA CON UN SENSOR DE FLUJO INTERNO, POR ELLO ENTENDEMOS QUE NO LE APLICAN LOS PUNTOS CITADOS. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
41	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTOS 3.4, 3.5 Y 3.6.	DEBIDO A QUE LOS CIRCUITOS ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL DESECHABLES OFERTADOS, YA TIENEN INTEGRADO UN ELEMENTO CALEFACTOR, NO REQUIEREN DE TRAMPA DE AGUA, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTAN DE ESA FORMA. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
42	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, PUNTO 3.6.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE, PODER REFERENCIAR QUE LOS CIRCUITOS DESECHABLES NEONATALES CUMPLEN LA NORMA ISO 10993-1 2018 (EVALUACIÓN BIOLÓGICA), PARA CONFIRMAR QUE SON LIBRES DE LÁTEX. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	COMPANÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 1.3.1	SE OFERTA PANTALLA TIPO LCD A COLOR CON PERILLA SELECTORA QUE PERMITE LA NAVEGACIÓN POR EL PANEL DE CONTROL, OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA PARA LA PANTALLA TÁCIL CON LA QUE SE PUEDE REALIZAR FUNCIONAMIENTO EQUIVALENTE.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
2	COMPANÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 1.3.3	TOMANDO EN CUENTA QUE SE OFERTA UN VENTILADOR DE TRASLADO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO Y ADULTO MÁS COMPACTO QUE MEJORA LA PORTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD ¿SE ACEPTA UN TAMAÑO DE PANTALLA DE 1.8" EN LA QUE SE PUEDEN OBSERVAR LOS PARÁMETROS SUFICIENTES PARA LOS PROFESIONALES A CARGO COMO CUMPLIMIENTO PARA LA LICITACIÓN ?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

3	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 1.3.6	EL REQUERIMIENTO MENCIONA "CON MEDIOS DE CONTROL O BLOQUEO DE PANTALLA PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN", ¿SE ACEPTA UNA TECNOLOGÍA SELECTORA POR MEDIO DE PERILLA EN LA QUE EL DESPLAZAMIENTO ES MÁS EXACTO PARA CUALQUIER TIPO DE USUARIO Y SE ELIMINA LA PROPENSIÓN A TOQUES ACCIDENTALES CON EL CUAL SE PODRÍA GENERAR UN CAMBIO INVOLUNTARIO EN LA PROGRAMACIÓN POR LO QUE EL CONTROL POR PERILLA REPRESENTA UNA OPCIÓN MÁS SEGURA? LA MISMA PERILLA SELECTORA OFRECE UN CAMBIO DE TRES PASOS PARA CADA PARÁMETRO A SELECCIONAR Y ACTIVARSE, GENERA QUE NO HAYA CAMBIOS ERRONEOS, LO CUAL SE CONVIERTE EN UN CANDADO PAR EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
4	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 1.4.3.1	EN EL CONTEXTO DE QUE UNA PRESIÓN INSPIRATORIA DEMASIADO BAJA PUEDE RESULTAR EN UNA VENTILACIÓN INADECUADA E HIPERCAPNIA, ¿ES EL LÍMITE INFERIOR DE 10 CMH2O ACEPTABLE PARA CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO, SIENDO ESTE UN PARAMETRO COMÚN EN LA PRÁCTICA HOSPITALARIA, SUFICIENTE Y SEGURO PARA VENTILACIÓN? YA QUE NINGÚN PACIENTE PEDIÁTRICO O ADULTO QUE ESTE BAJO APOYO VENTILATORIO EN LA PRÁCTICA CLINICA SE LE OFRECEN PRESIONES MENORES DE 10 CMH2O PARA AFREZER UNA VENTILACIÓN SEGURA. SOLICITAMOS SE ACEPTE EL RANGO DE 10CMH2O.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
5	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 1.4.8.2	CUANDO LA OXIGENACIÓN NO SOLO DEPENDE DE LA PEEP, SINO TAMBIÉN DE LA PI O VT, ASÍ COMO DE DEL TI Y CONSIDERANDO QUE UNA PEEP MUY ALTA TAMBIÉN PUEDE TENER MAYOR RIESGO DE BAROTRAUMA, SOBREDISTENSIÓN PULMONAR Y POSIBLE DISMINUCIÓN DEL RETORNO VENOSO ¿SE ACEPTA EL LÍMITE DE 20 CMH2O AL CONSIDERARSE MÁS SEGURO PARA EL PACIENTE?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
6	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 1.4.11	¿SE ACEPTA AJUSTE DE TIEMPO DE RAMPA EN EL MODO DE VENTILACIÓN HFNC DE 0 A 20 MIN COMO CUMPLIMIENTO DEL PUNTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
7	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 1.4.13	¿ES ACEPTABLE UN MECANISMO DE TRIGGER ÚNICAMENTE POR PRESIÓN DE 1 A 5 CMH2O?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
8	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 1.6.12	EL EQUIPO OFERTADO REALIZA DE MANERA INTUITIVA EL DESPLIEGUE DE CADA CURVA DE MANERA INDIVIDUAL ALTERNANDO ENTRE CADA GRÁFICO AL GIRAR LA PERILLA DE CONTROL, CUMPLIENDO CON EL MONITOREO CLÍNICAMENTE NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO ¿ES ACEPTABLE A LA CONVOCANTE?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

9	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 1.8.2	EL EQUIPO OFERTADO REALIZA EL MONITOREO DE FIO2 MEDIANTE UN ANALIZADOR EXTERNO QUE SE INTEGRA AL EQUIPO CON UN ACOPLÉ DEL FABRICANTE PERMITIENDO A REALIZAR LA MEDICIÓN, ¿SE ACEPTA SIENDO ESTA OPCIÓN CLÍNICAMENTE EQUIVALENTE?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
10	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 1.8.3	EL EQUIPO CUENTA CON UN SENSOR DE FLUJO QUE PERMITE SER REUSABLE EN EL MISMO PACIENTE POR HASTA 7 DÍAS, SIGUIENDO CON LOS LINEAMIENTOS PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE PATÓGENOS Y PARTICULAS DE DIOXIDO DE CARBONO QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA RESPIRATORIO DEL PACIENTE SI UN MISMO SENSOR DE FLUJO FUERA UTILIZADO POR UN PERIODO MAYOR, ¿ SE ACEPTA ESTA OPCIÓN DE SENSOR DE FLUJO PENSANDO EN REDUCIR INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS Y CUIDANDO LA SALUD DEL PACIENTE?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
11	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 2.3	DEBIDO A LA TECNOLOGÍA CON LA QUE CUENTA EL EQUIPO OFERTADO Y POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS, NO SE REQUIERE UN SENSOR DE FLUJO REUSABLE, YA QUE CADA CIRCUITO CUENTA CON SU PROPIO SENSOR DE FLUJO, AYUDANDO A EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA AL SENSORES	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
12	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO 2.6	DEBIDO A LA TECNOLOGÍA CON LA QUE CUENTA EL EQUIPO OFERTADO Y POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS, NO SE REQUIERE VÁLVULA DE EXHALACIÓN EXTRA, YA QUE CADA CIRCUITO CUENTA CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN DESECHABLE.	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	1.5 IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS	DICE: "LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES PROCEDENTE QUE EL LICITANTE ADJUNTE ÚNICAMENTE LAS SECCIONES, PÁGINAS O PÁRRAFOS PERTINENTES DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS (MANUALES, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, ETC.) EN IDIOMA ORIGINAL, ACOMPAÑADOS DE SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIEMPRE QUE DICHAS SECCIONES CORRESPONDAN DIRECTAMENTE CON LOS BIENES OFERTADOS Y SUSTENTEN TÉCNICAMENTE LA OFERTA PRESENTADA. ESTO SE PRESENTARÍA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, ASEGURANDO QUE EL CONTENIDO NO HA SIDO ALTERADO NI MODIFICADO, TAL COMO SE MENCIONA EN EL ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES EN SU NUMERAL 16. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

2	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	2.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS	<p>EN EL NUMERAL 2.3 LA CONVOCANTE HACE MENCIÓN DE QUE SE DEBEN PRESENTAR ESCRITOS Y/O DOCUMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE SE ENLISTAN, SIN EMBARGO HACEMOS MENCIÓN DE LO SIGUIENTE: -NOM-059-SSA1-2015: SE ENTIENDE QUE SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO PARA CUMPLIR CON ESTA NORMA.-NOM-241-SSA1-2012: ESTA NORMA HACE REFERENCIA A LAS "BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN" PARA AQUELLOS BIENES DE ORIGEN Y/O FABRICACIÓN NACIONAL, POR LO QUE LOS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO ACREDITAN ESTA NORMA CON CERTIFICADOS EQUIVALENTES COMO LOS SON: ISO 13485 (SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS) Y EL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN, LOS CUALES GARANTIZAN QUE LA FABRICACIÓN SE APEGA A ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y A LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS APLICABLES.-NOM-137-SSA1-2008: NORMA DE NATURALEZA INFORMATIVA Y QUE CORRESPONDE AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, YA QUE SU CUMPLIMIENTO ESTÁ SUJETO HASTA SU ENTREGA. CON BASE A LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA Y/O ESCRITO EN FORMATO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO, ADICIONALMENTE SE DEBERÁ ANEXAR EL REGISTRO SANITARIO, ISO 13485 Y CERTIFICADO LIBRE VENTA DE LOS BIENES OFERTADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 4.1.1: ANEXO 4, ANEXO 4A, ANEXO 4B	<p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SI SOLO APLICA UN FORMATO A LOS BIENES OFERTADOS, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR CON LA LEYENDA "NO APLICA" A AQUELLOS QUE NO LES SEAN APLICABLES A MI REPRESENTADA?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

[Handwritten signature in blue ink]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

4	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1. TÉCNICO: INCISO E	DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN EL NUMERAL 4, QUE ESTABLECE LA PRESENTACIÓN DE COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE A NOMBRE DEL PROVEEDOR LICITANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, EXPEDIDO POR COFEPRIS, MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE: CONSIDERAMOS QUE ESTE REQUISITO PODRÍA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE EN MUCHOS CASOS EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL FABRICANTE DEL BIEN, AL LICITANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA DE APOYO EMITIDA POR EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN LA QUE SE AUTORICE AL LICITANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO A COMERCIALIZAR Y OFRECER LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN, SIN QUE NECESARIAMENTE EL REGISTRO SANITARIO REFLEJE EL NOMBRE DEL LICITANTE. ADICIONALMENTE, EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL BIEN OFERTADO SE ANEXARÍA JUNTO CON LA CARTA DE APOYO, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL NUMERAL 7 DE ESTE MISMO INCISO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
5	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1. TÉCNICO: INCISO E	DICE: "1. AVISO DE FUNCIONAMIENTO O LICENCIA SANITARIA A NOMBRE DEL PROVEEDOR LICITANTE. 2. AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO A NOMBRE DEL PROVEEDOR LICITANTE." PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE CONTAR CON EL DOCUMENTO DENOMINADO "AVISO DE FUNCIONAMIENTO, DE RESPONSABLE SANITARIO Y DE MODIFICACIÓN O BAJA" EMITIDO POR LA COFEPRIS Y A NOMBRE DEL LICITANTE, SE DARÁ CUMPLIMIENTO EN ESTOS DOS NUMERALES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SIEMPRE Y CUANDO EL GIRO DADO DE ALTA CORRESPONDA AL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item number, Description, Category, Clarification/Question, and Answer. Contains two rows of data (6 and 7) regarding technical specifications for Conduit Life SA de CV.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the table.





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL MORELOS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

8	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1. TÉCNICO: INCISO E	DICE: "16. EN CASO DEL EQUIPAMIENTO QUE REQUIERA MANTENIMIENTO, DEBERÁ ENTREGAR COPIA DE LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL TÉCNICO EMITIDAS POR EL FABRICANTE, CON LA FINALIDAD DE VALIDAR QUE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL CALIFICADO."PREGUNTA: DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL DE REFERENCIA, EN DONDE SE ESTABLECE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DEL PERSONAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DEBERÁN TENER UN ALCANCE EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS BIENES OFERTADOS DE CUANDO MENOS TRES INGENIEROS Y O TÉCNICOS QUE LABOREN ACTUALMENTE EN LA EMPRESA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
9	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2. TÉRMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL CONTENIDO DE LO DESCRITO EN LOS APARTADOS:-PLAZO PARA NOTIFICAR AL PROVEEDOR.-PLAZO Y CONDICIONES DE CANJE O DEVOLUCIÓN DEL BIEN.-CADUCIDAD DE LOS BIENES.-TIEMPOS MÁXIMOS DE REPARACIÓN O ATENCIÓN DE FALLAS.-GARANTÍA DE MANO DE OBRA Y/O PARTES.-MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O PREVENTIVOS.-EN SU CASO, SI SE REQUIERE CAPACITACIÓN, SOLICITAR PROGRAMA PARA LA MISMA.-ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA ENTREGA-RECEPCIÓN DE PUESTA EN OPERACIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN-ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENESTIENEN CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO, YA QUE ESTABLECEN COMPROMISOS QUE DEBERÁN SER CUMPLIDOS POR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO. EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS CONFIRMAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL NO PRESENTAR ALGUNA CARTA O ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE LA ACEPTACIÓN DE DICHS COMPROMISOS NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA., ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



2025
Año de



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 4 columns: Item ID, Description, Category, and Clarification. Row 10: CONDUIT LIFE SA DE CV, TÉCNICO, PARTIDA 8, NUMERAL 1.1. Row 11: CONDUIT LIFE SA DE CV, TÉCNICO, PARTIDA 8, NUMERAL 1.1.1.

Handwritten blue signature or mark on the right side of the table.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

12	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, NUMERAL 1.1.1.1.	DICE: 1.1.1.1.- MÓDULO EXTRAIBLE POR EL USUARIO Y SE COLOQUE EN OTRO MONITOR D ELA MISMA MARCA, PARA MONITORIZAR: TRAZO ELECTROCARDIOGRAFO (ECG), RESPIRACIÓN PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA , TEMPERATURA Y SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2). (INDICAR MARCA, MODELO Y NÚMERO DE PARTE)PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE QUE NUESTRO MONITOR YA INCLUYE DE FORMA PRECONFIGURADA LOS PARÁMETROS DE ECG, RESPIRACIÓN, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (NIBP), TEMPERATURA Y SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2). ESTA CARACTERÍSTICA REPRESENTA UNA VENTAJA, YA QUE EL EQUIPO VIENE LISTO PARA SU USO INMEDIATO SIN NECESIDAD DE AGREGAR MÓDULOS ADICIONALES, LO QUE REDUCE COSTOS Y SIMPLIFICA LA OPERACIÓN. ADEMÁS, AL ESTAR INTEGRADO Y PRECONFIGURADO, SE GARANTIZA LA INTEROPERABILIDAD, LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SOLICITADAS, EVITANDO CRITERIOS RESTRICTIVOS Y ASEGURANDO LA IGUALDAD DE CONDICIONES EN LA COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
13	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, NUMERAL 1.1.6.3	DICE: "1.1.6.3 PLETISMOGRAFIA" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR SOLVENCIA A ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR "PLETISMOGRAFIA" COMO "PLETISMOGRAMA" COMO NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, YA QUE ESTO NO AFECTA TÉCNICA NI CLICAMENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
14	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, NUMERAL 1.1.8.4	DICE: 1.1.8.4.- DETECCIÓN DE ARRITMIAS BÁSICAS QUE CUMPLA CON DOS DE LAS SIGUIENTES: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA Y FIBRILACIÓN VENTRICULAR. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE NUESTRO FABRICANTE, EN FIBRILACIÓN VENTRICULAR COMO "FIBRILACIÓN/ALETEO" QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
15	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, NUMERAL 1.1.14.6	DICE: "1.1.14.6 CON SILENCIADOR DE ALARMAS"PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR SOLVENCIA A ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR "CON SILENCIADOR DE ALARMAS" COMO "APAGAR LA ALARMA " COMO NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, YA QUE ESTO NO AFECTA TÉCNICA NI CLICAMENTE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA CONCRETA, TODA VEZ QUE MENCIONA SER EL NUMERAL 1.1.14.6 NO EXISTE EN LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 8. POR OTRA PARTE, SI SE REFIERE AL NUMERAL 1.1.13.6, NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE NO ES LO MUSMO APAGAR LA ALARMA QUE SILENCIARLA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item number, Company name, Role, Particulars, and Clarification/Response. Contains 3 rows of data (16, 17, 18, 19).

Handwritten blue signature or mark on the right side of the page.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

20	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, NUMERAL 2.3.1.1	DICE: 2.3.1.1 BRAZALETE TAMAÑO ADULTO GRANDE UNA (1) PIEZA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR "BRAZALETE TAMAÑO ADULTO GRANDE" COMO "BRAZALETE ADULTO DE PANI REUTILIZABLE AUMENTADO", EL CUAL ES EL TÉRMINO EQUIVALENTE EN LA TERMINOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE Y ES UN SINÓNIMO DE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
21	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, NUMERAL 2.6	DICE: 2.6.- SISTEMA PARA FIJACIÓN DE CADA MONITOR: MONTAJE DE PARED O SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS, (EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE LA UNIDAD HOSPITALARIA). (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR QUÉ TIPO DE FIJACIÓN SE REQUIERE PARA CADA MONITOR, YA QUE PARA PODER CONCLUIR ADECUADAMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ES NECESARIO CONOCER CON PRECISIÓN EL TIPO DE MONTAJE DESEADO POR LA UNIDAD MÉDICA. ASIMISMO, SE SOLICITA NOS PERMITAN OFRECER EL SISTEMA DE FIJACIÓN CON BASE EN LA CONFIGURACIÓN MÁS ADECUADA Y COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO, EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE NO TENGA UNA PREFERENCIA ESPECÍFICA.	SE SOLICITA SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS.
22	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	DICE: 2. ACCESORIOS Y 3. CONSUMIBLES PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA Y DISEÑO PROPIOS DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LA FUNCIÓN REQUERIDA EN CADA APARTADO TÉCNICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
23	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, TODOS LOS PUNTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, GARANTIZANDO QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN CADA PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
24	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, TODOS LOS PUNTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, GARANTIZANDO QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN CADA PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
25	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, TODOS LOS PUNTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN LOS PUNTOS QUE SE REQUIERA CON IMÁGENES QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTROS MANUALES Y CATALOGOS, CON LA FINALIDAD DE RESPALDAR NUESTRA INFORMACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

26	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 1.1.1	DICE: "1.1.1 MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MÍNIMO A COLOR LCD O TFT O LED O PLASMA..." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN PRECONFIGURADO CON OPCIÓN DE INTERCONECTAR MÓDULOS (MODULAR) EXTERNOS AL MONITOR PARA LA CAPTACIÓN DE SEÑALES, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
27	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 1.1.6.3	DICE: "1.1.6.3 PLETISMOGRAFIA" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR SOLVENCIA A ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR "PLETISMOGRAFIA" COMO "PLETISMOGRAMA" COMO NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, YA QUE ESTO NO AFECTA TÉCNICA NI CLÍNICAMENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
28	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 1.1.14.6	DICE: "1.1.14.6 CON SILENCIADOR LA ALARMAS" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR SOLVENCIA A ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR "CON SILENCIADOR DE ALARMAS" COMO "APAGAR ALARMA" COMO NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, YA QUE ESTO NO AFECTA TÉCNICA NI CLÍNICAMENTE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE NO ES LO MUSMO APAGAR LA ALARMA QUE SILENCIARLA.
29	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 1.1.16.3	DICE: "1.1.16.3 CON CARGADOR INTERCONTRUIDO" PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE "CARGADOR INTERCONSTRUIDO HACE REFERENCIA A EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EL CUAL SE CONECTA DIRECTAMENTE AL MONITOR Y DESPUÉS SE CONECTA A LA FUENTE DE ENERGÍA AC. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CLARA SU PREGUNTA, PERO SI REFIERE QUE SOLAMENTE SE PIDE UN CABLE DE ALIMENTACIÓN SIN REGULADOR EXTERNO, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

[Handwritten signature]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

33	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 2.3.1.1	DICE: 2.3.1.1 BRAZALETE TAMAÑO ADULTO GRANDE UNA (1) PIEZA (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR "BRAZALETE TAMAÑO ADULTO GRANDE" COMO "BRAZALETE ADULTO DE PANI REUTILIZABLE AUMENTADO", EL CUAL ES EL TÉRMINO EQUIVALENTE EN LA TERMINOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE Y ES UN SINÓNIMO DE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
34	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 2.7	DICE: 2.7.- SISTEMA PARA FIJACIÓN DE CADA MONITOR: MONTAJE DE PARED O SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS, (EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE LA UNIDAD HOSPITALARIA). (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR QUÉ TIPO DE FIJACIÓN SE REQUIERE PARA CADA MONITOR, YA QUE PARA PODER CONCLUIR ADECUADAMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ES NECESARIO CONOCER CON PRECISIÓN EL TIPO DE MONTAJE DESEADO POR LA UNIDAD MÉDICA. ASIMISMO, SE SOLICITA NOS PERMITAN OFRECER EL SISTEMA DE FIJACIÓN CON BASE EN LA CONFIGURACIÓN MÁS ADECUADA Y COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO, EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE NO TENGA UNA PREFERENCIA ESPECÍFICA.	SE SOLICITA SOPORTE FIJO A PARED.
35	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 1.1.6.6	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE CUÁLES SON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL PARÁMETRO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA, A FIN DE CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE A ESTA PARTIDA ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE COLOCAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, TODOS LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA TOMA DEL ESTUDIO ESTO CUMPLIENDO CON LA CARACTERÍSTICA "MODULO EEG". ES IMPORTANTE CONSIDERAR CABLE TRONCAL, CÁPSULA Y QUE LOS ELECTRODOS SEAN DE COPA O DE DISCO (DEBEN DE SER REUSABLES). ENTREGAR DOS FRASCOS DE GEL CONDUCTOR PARA EEG.
36	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 1.1.6.6	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACCESORIOS PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA DE ACUERO A LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
37	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 1.1.6.6	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE CUÁLES SON LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL PARÁMETRO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA, A FIN DE CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE A ESTA PARTIDA ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE COLOCAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, TODOS LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA TOMA DEL ESTUDIO ESTO CUMPLIENDO CON LA CARACTERÍSTICA "MODULO EEG". ES IMPORTANTE CONSIDERAR CABLE TRONCAL, CÁPSULA Y QUE LOS ELECTRODOS SEAN DE COPA O DE DISCO (DEBEN DE SER REUSABLES). ENTREGAR DOS FRASCOS DE GEL CONDUCTOR PARA EEG.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

30	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 1.1.18	<p>DICE: "1.1.18 MÓDULO DE CAPNOGRAFÍA" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR SOLVENCIA A ESTE NUMERAL NOS PERMITA OFERTAR CAPNOGRAFIA INTEGRADA EN EL MONITOR COMO TECNOLOGÍA SUPERIOR YA QUE EVITA EL USO DE EQUIPOS EXTERNOS REDUCIENDO DE ESTA MANERA EL RIESGO DE DESCONEXIÓN O FALLAS ASOCIADAS AL MÓDULO EXTERNO AL IGUAL QUE REDUCE EL COSTOS ELIMINANDO GASTOS DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y HAY MENOR NECESIDAD DE ACCESORIOS ADICIONALES. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
31	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 2.1.2	<p>DICE: "2.1.2 CABLE Y SENSOR SUAVE REUSABLE LIBRE DE LÁTEX DOS (2) PIEZAS, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO, COMPATIBEL CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA, QUE PERMITA LA MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSIÓN..."</p> <p>PREGUNTA: RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR UN SENSOR SUAVE REUSABLE LIBRE DE LÁTEX PARA PACIENTE ADULTO Y OTRO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. ESTA DIFERENCIACIÓN GARANTIZA LECTURAS DE SPO2 MÁS PRECISAS AL ADAPTARSE CORRECTAMENTE A LA ANATOMÍA DE CADA GRUPO ETARIO, REDUCIENDO ARTEFACTOS POR MOVIMIENTO Y MEJORANDO LA SEÑAL EN CONDICIONES DE BAJA PERFUSIÓN. ASIMISMO, INCREMENTA LA SEGURIDAD AL EVITAR PRESIÓN INADECUADA EN EL SITIO DE COLOCACIÓN Y SE ALINEA CON LAS RECOMENDACIONES DE FABRICANTES Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES, REPRESENTANDO ASÍ UNA MEJORA TECNOLÓGICA Y CLÍNICA QUE OPTIMIZA EL CUIDADO DEL PACIENTE, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES Y GARANTIZANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
32	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 2.2	<p>DICE: 2.2.-DOS (2) PIEZAS DE SENSOR DE TEMPERATURA CUTÁNEO O SUPERFICIE REUSABLE. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO "DE PIEL", LO CUAL ES NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE Y CORRESPONDE A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

38	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, NUMERAL 1.1.6.6	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONSUMIBLES PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA DE ACUERO A LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
39	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, GARANTIZANDO QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN CADA PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
40	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, GARANTIZANDO QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN CADA PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
41	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9, ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN LOS PUNTOS QUE SE REQUIERA CON IMÁGENES QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTROS MANUALES Y CATALOGOS, CON LA FINALIDAD DE RESPALDAR NUESTRA INFORMACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
42	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, GARANTIZANDO QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN CADA PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN CADA NUMERAL O PUNTO DE LA CONVOCATORIA O FICHA TÉCNICA. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
43	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, GARANTIZANDO QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN CADA PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN CADA NUMERAL O PUNTO DE LA CONVOCATORIA O FICHA TÉCNICA. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
44	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN LOS PUNTOS QUE SE REQUIERA CON IMÁGENES QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTROS MANUALES Y CATALOGOS, CON LA FINALIDAD DE RESPALDAR NUESTRA INFORMACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN CADA NUMERAL O PUNTO DE LA CONVOCATORIA O FICHA TÉCNICA. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
45	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.3.1	DICE: 1.3.1.- VOLUMEN CORRIENTE (ML). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'VOLUMEN OBJETIVO' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.

9

[Handwritten signature]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

46	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.3.11	DICE: 1.3.11.- PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN "SOPORTE DE PRESIÓN" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
47	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.3.16	DICE: 1.3.16.- AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN, TIEMPO DE ELEVACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN "TIEMPO DE SUBIDA (TRISE)" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
48	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.3.17	DICE: 1.3.17.- FUNCIÓN DE ASPIRACIÓN O 100% DE O2 O HIPEROXIGENACIÓN DURANTE 1 MINUTO O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN "ENRIQUECIMIENTO CON OXÍGENO AL 100%". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
49	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.5.9	DICE: 1.5.9.- VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN "VOLUMEN TIDAL INSPIRATORIO Y VOLUMEN TIDAL ESPIRATORIO". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
50	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.5.10	DICE: 1.5.10.- FIO2 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O2)". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
51	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.6.3	DICE: 1.6.3.- PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN "DESVIACIÓN DEL NIVEL ESTABLECIDO DE PEEP Y DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO RESPIRATORIO". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
52	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.6.7	DICE: 1.6.7.- FIO2 ALTA Y BAJA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE O2 ALTA Y BAJA." ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item ID, Description, Category, Reference, Question/Clarification, and Answer. Contains 5 rows of technical specifications and responses for medical equipment.

Handwritten signature and vertical text 'Página 25' on the right margin.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

58	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 3.3	<p>DICE: 3.3.- UN (1) SENSOR ADICIONAL PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN TRANSPULMONAR O PRESIÓN ESOFÁGICA O PRESIÓN TRAQUEAL O EDI, ACORDE A LA MEDICIÓN DEL PARÁMETRO OFERTADO Y LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: EN NUESTRO CASO, LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUENTA CON LA MEDICIÓN DE PRESIÓN ESOFÁGICA O PRESIÓN AUXILIAR (YA SEA ESOFÁGICA O TRAQUEAL) INTEGRADA DIRECTAMENTE EN EL VENTILADOR, POR LO QUE NO SE REQUIERE UN SENSOR ADICIONAL. LO QUE SE REQUIERE ES ÚNICAMENTE UN CONSUMIBLE, COMO EL CATÉTER ESOFÁGICO (BALÓN ESOFÁGICO) O EL TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO PARA LA MEDICIÓN, SEGÚN EL PARÁMETRO QUE SE PRETENDA MONITOREAR. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS CONFIRME SI ES VÁLIDA LA ENTREGA DEL CONSUMIBLE (TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO O CATÉTER ESOFÁGICO), COMO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO. ADICIONALMENTE, SOLICITAMOS SE ACLARE SI SE DARÁ POR ENTENDIDO QUE, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL VENTILADOR OFERTADO, NO SE REQUIERE UN SENSOR ADICIONAL EXTERNO, YA QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA FUNCIÓN DE MEDICIÓN INTEGRADA PARA PRESIÓN ESOFÁGICA O PRESIÓN AUXILIAR. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.</p>
59	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 3.4 Y 3.5	<p>DICE: 3.4.- DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE TAMAÑO ADULTO (DIÁMETRO INTERNO: 22 MM) CADA UNO CON TRAMPA DE AGUA Y CÁMARA PARA HUMIDIFICADOR DESECHABLES. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). Y PUNTO: 3.5 DICE: DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE TAMAÑO PEDIÁTRICO (DIÁMETRO INTERNO: 15 MM) CADA UNO CON TRAMPA DE AGUA Y CÁMARA PARA HUMIDIFICADOR DESECHABLES. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTAS: EN ARAS DE FOMENTAR LA EFICIENCIA OPERATIVA, LA REDUCCIÓN DE ERRORES POR SELECCIÓN DE INSUMOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL INVENTARIO HOSPITALARIO, PROPONEMOS CUBRIR LA SOLICITUD DE CIRCUITOS PEDIÁTRICOS Y ADULTOS MEDIANTE CIRCUITOS UNIFICADOS DE USO MIXTO ADULTO/PEDIÁTRICO, CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE PARA TAL PROPÓSITO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 20 MM, OFERTANDO DIEZ (10) UNIDADES POR CADA UNO DE LOS NUMERALES 3.4 Y 3.5. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

60	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 3.6	DICE: 3.6.- DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE NEONATAL (DIÁMETRO INTERNO: 10 MM), LIBRE DE LÁTEX, CADA UNO CON TRAMPA DE AGUA Y CÁMARA PARA HUMIDIFICADOR DESECHABLES (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE NEONATAL CON DIÁMETRO INTERNO DE 10.2 MM, YA QUE ESTOS CUMPLEN CON LA MISMA FUNCIÓN Y SE ENCUENTRAN CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE PARA TAL PROPÓSITO, FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EVITANDO RESTRICCIONES INNECESARIAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
61	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, TODOS LOS PUNTOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE LA DESCRIPCIÓN, COMPATIBILIDAD Y REFERENCIA DE LOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS SE REALICE CONFORME A LA NOMENCLATURA TÉCNICA Y COMERCIAL PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO FUNCIONAL DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS. LIMITAR LA REFERENCIA A UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA O A UN ESTÁNDAR ÚNICO PUEDE EXCLUIR SOLUCIONES EQUIVALENTES O SUPERIORES, LO CUAL CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 64 DE LA LAASSP. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
62	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 2.1	DICE: 2.1.- UN (1) JUEGO DE MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2: VERDE, AIRE: AMARILLO, CON CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD MÉDICA. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.7.10, DONDE SE INDICA QUE EL SUMINISTRO DE AIRE PUEDE REALIZARSE DESDE TOMA MURAL O POR SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, SE ENTIENDE QUE EL USO DE MANGUERA PARA AIRE NO ES OBLIGATORIO EN EQUIPOS CON AOTOSUMINISTRO DE AIRE. POR TAL MOTIVO, SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE ÚNICAMENTE SE INDIQUE LA MANGUERA DE OXÍGENO CON SU RESPECTIVA INFORMACIÓN, Y QUE SE CONSIGNE "NO APLICA, DE ACUERO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE" PARA LA MANGUERA DE AIRE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: ID, Description, Category, Reference, and Clarification. Rows 63 and 64 contain technical specifications and questions regarding air supply methods and measurement tools.

Handwritten blue signature or mark on the right side of the page.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

65	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.4.11	<p>DICE: 1.4.11.- VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS EN LOS MODOS DE VENTILACIÓN: ASISTO-CONTROL, SIMV Y VENTILACIÓN CON PRESIÓN DE SOPORTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS MODOS VENTILATORIOS DISPONIBLES EN NUESTRO EQUIPO, LOS CUALES CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN Y CICLADA POR TIEMPO, TAL COMO SE REQUIERE EN ESTE NUMERAL, MEDIANTE LAS SIGUIENTES MODALIDADES: (TCPL) VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN Y CICLADA POR TIEMPO, PC-SIMV VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA CONTROLADA A PRESIÓN Y (PC-PS) VENTILACIÓN MANDATORIA COMBINADA CONTROLADA A PRESIÓN Y CON PRESIÓN DE SOPORTE. ESTOS MODOS OPERAN CONFORME A LOS MISMOS PRINCIPIOS FISIOLÓGICOS Y TÉCNICOS DESCRITOS, Y DICHA EQUIVALENCIA SERÁ DEMOSTRADA MEDIANTE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE, LOS CUALES ACREDITAN QUE EL EQUIPO CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES SOLICITADOS. EN ESTE SENTIDO, LA ESPECIFICACIÓN SEÑALADA NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA RESTRICCIÓN QUE CONDICIONE LA VALIDEZ DE UNA OFERTA, CUANDO EL CUMPLIMIENTO FUNCIONAL DEL EQUIPO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA NOMENCLATURA TÉCNICA DEL FABRICANTE. POR LO TANTO, CUALQUIER INTENTO DE DESCALIFICAR POR DIFERENCIAS EN NOMENCLATURA O REDACCIÓN SERÍA INJUSTIFICADO Y ANTICOMPETITIVO, PUES RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAMENTE VIABLES QUE SATISFACEN PLENAMENTE LOS REQUERIMIENTOS CLÍNICOS Y OPERATIVOS ESTABLECIDOS. SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTA EQUIVALENCIA TÉCNICA CON SUSTENTO EN LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA CUAL PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE BIENES QUE CUMPLAN CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA, AUNQUE DIFIERAN EN TERMINOLOGÍA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE SU DESEMPEÑO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
----	-----------------------	---------	----------------------------	---	--





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

66	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.4.12	DICE: 1.4.12.- VENTILACIÓN EN DOS NIVELES DE PRESIÓN PARA EL MODO DE VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SE DA POR ENTENDIDO QUE ES VÁLIDO REFERENCIAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE PARA EL MODO DE VENTILACIÓN NO INVASIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE CON LOS MANUALES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES QUE EL EQUIPO CUMPLE PLENAMENTE CON EL PRINCIPIO DE VENTILACIÓN EN DOS NIVELES DE PRESIÓN REQUERIDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
67	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.5.6	DICE: 1.5.6.- VOLUMEN MINUTO TOTAL Y ESPONTÁNEO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EL VOLUMEN MINUTO INSPIRATORIO, ESPIRATORIO Y ESPIRATORIO ESPONTÁNEO, LOS CUALES PROPORCIONAN DE FORMA OBJETIVA Y COMPLETA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA CONOCER TANTO EL VOLUMEN MINUTO TOTAL COMO EL ESPONTÁNEO, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO CLÍNICO ESTABLECIDO EN ESTE NUMERAL. ESTOS PARÁMETROS ESTÁN DISPONIBLES DE MANERA DIRECTA EN EL EQUIPO OFERTADO Y SE DEMOSTRARÁ SU EQUIVALENCIA FUNCIONAL MEDIANTE LOS MANUALES TÉCNICOS DEL FABRICANTE. POR TANTO, CUALQUIER INTENTO DE LIMITAR LA PARTICIPACIÓN POR DIFERENCIAS EN LA FORMA DE VISUALIZAR ESTOS VALORES SERÍA TÉCNICAMENTE INFUNDADO, CLÍNICAMENTE INJUSTIFICABLE Y CONTRAVENDRÍA LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
68	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.3.15	DICE: 1.3.15.- BIAS FLOW, FLUJO BASE, CONTINUO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACLARE SI SE ACEPTA OFERTAR ÚNICAMENTE "FLUJO BASE", YA QUE LAS TRES NOMENCLATURAS (BIAS FLOW, FLUJO BASE Y FLUJO CONTINUO) HACEN REFERENCIA AL MISMO PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR. NO EXISTE SUSTENTO TÉCNICO NI NORMATIVO QUE JUSTIFIQUE EXIGIR LAS TRES DE FORMA SIMULTÁNEA. ¿SE ACEPTA OFERTAR CUALQUIERA DE LAS TRES VARIANTES, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA FUNCIÓN CLÍNICA REQUERIDA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.

[Handwritten signature]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: ID, Description, Category, Reference, Question/Answer, and Response. Rows 69, 70, and 71 are visible.

Handwritten signature or mark in blue ink.

Large handwritten mark or signature in blue ink.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
 ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
 SINIESTRADO, MORELOS 2025.

72	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.3.12.1.	DICE:1.3.12.1.- CON FUNCIÓN DE NEBULIZACIÓN PARA PACIENTES NEONATALES QUE PERMITA COMPENSACIÓN DE VOLUMEN DE 5 L/MIN O MENOR.PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI POR "COMPENSACIÓN DE VOLUMEN" SE REFIEREN AL FLUJO BASE ADICIONAL QUE REQUIERE EL VENTILADOR PARA LA FUNCIÓN DE NEBULIZACIÓN, EQUIVALENTE AL FLUJO BASE DE NEBULIZACIÓN MENOS EL FLUJO BASE NORMAL (SIN NEBULIZACIÓN). ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ANALIZARÁ SI LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN ESE NUMERAL DE LA FICHA TÉCNICA.
73	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14, NUMERAL 1.7.7.2	DICE: 1.7.7.2.- CON SELECCIÓN PARA SER UTILIZADO CON O SIN CIRCUITOS ALAMBRADOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS SE CONFIRME QUE NO ES OBLIGATORIO QUE ESTA SELECCIÓN SEA MANUAL, YA QUE NUESTRO HUMIDIFICADOR CUMPLE FUNCIONAL Y CLÍNICAMENTE CON EL REQUERIMIENTO MEDIANTE UN SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, QUE IDENTIFICA SI SE ESTÁ UTILIZANDO UN CIRCUITO ALAMBRADO DE DOBLE RAMA O DE UNA SOLA RAMA, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DEL ADAPTADOR Y LAS SONDAS DE TEMPERATURA, SIN NECESIDAD DE INTERVENCIÓN DEL USUARIO. POR TANTO, SOLICITAMOS SE CONFIRME QUE BASTA CON REFERENCIAR QUE EL HUMIDIFICADOR ES COMPATIBLE CON CIRCUITOS ALAMBRADOS DE DOBLE RAMA Y DE UNA SOLA RAMA PARA FINES DE EVALUACIÓN, Y QUE ESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO NI DESCALIFICACIÓN. DE NO ACEPTARSE ESTE TIPO DE CUMPLIMIENTO AUTOMÁTICO, SE ESTARÍA RESTRINGIENDO INJUSTIFICADAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS CON TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA, SIN GENERAR NINGÚN BENEFICIO CLÍNICO ADICIONAL, LO CUAL ATENTA CONTRA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
74	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15, NUMERAL 1.4.1	DICE:1.4.1.- VOLUMEN CORRIENTE (ML). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'VOLUMEN TIDAL' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
75	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15, NUMERAL 1.4.9	DICE: 1.4.9.- PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O).PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'SOPORTE DE PRESIÓN' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

76	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15, NUMERAL 1.4.11	DICE:1.4.11.- AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN, TIEMPO DE ELEVACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'TIEMPO DE SUBIDA (TRISE)' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
77	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15, NUMERAL 1.4.12	DICE: 1.4.12.- FUNCIÓN DE ASPIRACIÓN O 100% DE O2 O HIPEROXIGENACIÓN DURANTE 1 MINUTO O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'ENRIQUECIMIENTO CON OXÍGENO AL 100%.' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
78	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15, NUMERAL 1.6.3	DICE: 1.6.3.- VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'VOLUMEN TIDAL INSPIRATORIO Y VOLUMEN TIDAL ESPIRATORIO.' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
79	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15, NUMERAL 1.6.9	DICE:1.6.9.- FIO2 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O2).' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
80	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15, NUMERAL 1.7.3	DICE:1.7.3.- PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'DESVIACIÓN DEL NIVEL ESTABLECIDO DE PEEP Y DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO RESPIRATORIO.' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
81	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15, NUMERAL 1.7.7	DICE: 1.7.7.- FIO2 ALTA Y BAJA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'CONCENTRACIÓN DE O2 ALTA Y BAJA.' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: ID, Description, Category, Reference, Question/Answer, and Response. Rows 82-86 contain technical specifications and questions regarding equipment like ventilators and sensors.

Handwritten blue scribbles on the right side of the page.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 4 columns: ID, Description, Category, and Clarification. Row 87: CONDUIT LIFE SA DE CV, TÉCNICO, PARTIDA 15, NUMERAL 2.5, DICE: 2.5.- UN (1) CABLE PARA CONEXIÓN A DC PARA AMBULANCIA... NO SE DA RESPUESTA CONCRETA... Row 88: CONDUIT LIFE SA DE CV, TÉCNICO, PARTIDA 15, NUMERAL 3.2 Y 3.3, DICE: 3.2.- DIEZ (10) MASCARILLAS DESECHABLES PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA... SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES...

Handwritten signature and scribbles on the right side of the table.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSION: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 4 columns: Item ID (89), Description (CONDUIT LIFE SA DE CV), Category (TECNICO), and Details (PARTIDA 15, NUMERAL 3.4 Y 3.5). The main content is a detailed technical clarification regarding disposable circuits for adult and pediatric use, questioning a restriction on unified designs and citing legal articles 134 and 30.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the table.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

90	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15, NUMERAL 1.3.3	DICE: 1.3.3.- TAMAÑO ENTRE 4.5" HASTA 12" COMO MÁXIMO. PREGUNTA: EXIGIMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR COMO CUMPLIMIENTO VÁLIDO DE UNA PANTALLA DE 13" QUE REPRESENTA UNA VARIACIÓN MÍNIMA RESPECTO AL LÍMITE MÁXIMO DE 12", SIEMPRE QUE DICHA DIFERENCIA NO COMPROMETA LA FUNCIONALIDAD, COMPATIBILIDAD, INSTALACIÓN NI VISIBILIDAD CLÍNICA DEL EQUIPO. ESTA ESPECIFICACIÓN SIN MARGEN DE TOLERANCIA TÉCNICA CARECE DE JUSTIFICACIÓN CLÍNICA DOCUMENTADA Y REPRESENTA UNA LIMITACIÓN ARTIFICIAL QUE VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA, NO DISCRIMINACIÓN TECNOLÓGICA E IMPARCIALIDAD. NUMEROSOS EQUIPOS EN EL MERCADO, COMO EL OFERTADO, CUENTAN CON PANTALLAS DE 12.3" O 13" QUE NO SÓLO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, OPERATIVOS Y CLÍNICOS ESTABLECIDOS, SINO QUE INCLUSO MEJORAN LA VISIBILIDAD EN TRASLADOS COMPLEJOS, PERMITEN EL DESPLIEGUE DE CURVAS DE VENTILACIÓN (PRESIÓN, VOLUMEN Y FLUJO) Y LA VISUALIZACIÓN DE BUCLES GRÁFICOS, CONTRIBUYENDO A UNA TOMA DE DECISIONES MÁS SEGURA Y OPORTUNA. LIMITAR LA PARTICIPACIÓN A UN RANGO DE PULGADAS SIN SUSTENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PODRÍA CONSIDERARSE UN ACTO CONTRARIO AL INTERÉS PÚBLICO Y SUSCEPTIBLE DE NULIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 64 DE LA PROPIA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
----	-----------------------	---------	---------------------------	--	--





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item ID, Supplier Name, Role, Reference, and Clarification. Row 91: CONDUIT LIFE SA DE CV, TÉCNICO, PARTIDA 15, NUMERAL 3.1, PUNTO: 3.1 DICE: "UNA (1) CELDA O SENSOR DE OXÍGENO ADICIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE... SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

93	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.3.- RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES.	EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX YA NO DESCARGA LOS ARCHIVOS PARA FIRMA ELECTRÓNICA, AL MOMENTO DE SUBIR, ENVIAR Y FIRMAR CON LA FIEL DEL SAT, NOS DESCARGA SOLO UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX, DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A ESE DOCUMENTO. FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA ENVIAR EL ACUSE QUE OTORGA LA PLATAFORMA DEL ENVIO DE SU PROPUESTAS
94	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.3.- RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES.	ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIEREN AL ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX, EL CUAL CUENTA ES ARROJADO POR LA PLATAFORMA UNA VEZ QUE FIRMAMOS CON LA FIEL; POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL MEDIO POR EL QUE SE DEBERÁ ENVIAR?	DEBERA SER ENVIADO A TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS; COMPRAS MX, JUNTO CON SU PROPUESTA. LA FALTA DEL ENVIO DE ESTE DOCUMENTO NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO
95	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	EN CASO DE QUE ALGUN ESCRITO NO APLIQUE A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTARLO CON FONDO DE AGUA DE NO AOLICA. SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES
96	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	PARA UNIFICAR LOS ESCRITOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DIRIGIRLOS A: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PRESENTE	LOS ESCRITOS DEBERAN SER DIRIGIDOS A : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	DRÁGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, EN CASO DE QUE NO APLIQUE ALGÚN DOCUMENTO A MI REPRESENTADA, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR DICHO DOCUMENTO CON LA LEYENDA NO APLICA. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES
2	DRÁGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1ANEXO TÉCNICO	INCISO E), NUMERAL 9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE PODRÁ PRESENTAR CERTIFICADO CE Y CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL ORGANISMO CERTIFICADOR TUV EN EL QUE SE INDICA QUE EL CERTIFICADO EMITIDO AL FABRICANTE ES VÁLIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2028 AL ENCONTRARSE EN PERIODO DE TRANSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS SANITARIOS MDR 2017/45. FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

3	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	INCISO E), NUMERAL 9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, PODEMOS PRESENTAR CERTIFICADO CE, FDA, JIS, TÜV O MDR, O EL QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS POR MI REPRESENTADA. FAVOR DE CONFIRMAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	INCISO E), NUMERAL 10 B) COLOCAR COPIA SIMPLE DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EL LICITANTE ADJUDICADO. FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	INCISO E), NUMERAL 14 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL APARTADO "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN A CONTRATAR" ÚNICAMENTE SERÁ PRESENTADA PARA BIENES QUE SEAN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS. FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y TAMBIÉN APLICA PARA SUS INSUMOS QUE SE SOLICITAN EN LAS FICHAS TÉCNICAS.
6	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	INCISO E), NUMERAL 15 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE PODRÁ PRESENTAR ESCRITO EMITIDO POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO DONDE AVALE LA EXISTENCIA DE REFACCIONES POR 10 AÑOS O MÁS. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
7	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO	INCISO E), NUMERAL 16 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE PODRÁ PRESENTAR COPIA DE LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO EMITIDAS POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO DE LOS EQUIPOS A OFERTAR. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
8	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO	DICE: PUNTO 1.1.3. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34°C HASTA 37.5°C. CON SOBREGITO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA DE MÁS DE 37°C A MÁXIMO 38°C. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A UN SERVOCONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE EN EL RANGO DE 34°C HASTA 37°C CON UN SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA A PARTIR DE 37.1°C A MÁXIMO 38°C. ¿ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

9	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO	DICE: PUNTO 1.2.8 INDICADOR DE ENCENDIDO DEL CALEFACTOR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CONSIDERANDO COMO INDICADOR LA POTENCIA DEL CALEFACTOR. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE EN EL EQUIPO DE MI REPRESENTADA, EL ENCENDIDO DEL CALEFACTOR SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE AL ENCENDER EL DISPOSITIVO, LO CUAL PUEDE VERIFICARSE A TRAVÉS DEL PARÁMETRO DE POTENCIA DEL CALEFACTOR. EN ESTE SENTIDO, CUANDO SE MUESTRA POTENCIA EN DICHO PARÁMETRO, SE ENTIENDE QUE EL CALEFACTOR SE ENCUENTRA ENCENDIDO. ¿SE ACEPTA ESTA CONSIDERACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
10	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO	DICE: PUNTO 1.4.2. PRIORIZADAS EN TRES NIVELES DE ATENCIÓN. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR TRES NIVELES DE ALARMA DE ATENCIÓN PRIORITARIA, LOS CUALES SE PRESENTAN DE MANERA ACÚSTICA, CON REPETICIÓN DE UNO A TRES TONOS, SEGÚN CORRESPONDA AL TIPO DE ALARMA GENERADA. ¿SE ACEPTA ESTA PETICIÓN?	SE ACEPTA. PODRÁ OFERTAR PROPUESTA DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL.
11	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO	DICE: PUNTO 1.4.5. NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DEL EQUIPO REGULABLE A 45 DB O MENOR. PREGUNTA: YA QUE LA PRIORIDAD DE LAS ALARMAS DEL EQUIPO ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y ESTO FUNCIONA PARA AVISAR OPORTUNAMENTE AL PERSONAL CLÍNICO PARA BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UN NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS DE 65 DB. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
12	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO	DICE: PUNTO: 1.5.9 QUE PERMITA EL USO DE DOS SENSORES DE TEMPERATURA CUTÁNEOS REUSABLES PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SE PUEDE HACER USO DE SENSORES DE TEMPERATURA CUTÁNEOS REUSABLES O DESECHABLES, YA QUE, EN EL PUNTO 2.1 DE LA PRESENTE CÉDULA SOLICITAN 2 SENSORES DE TEMPERATURA CUTÁNEOS REUSABLES O 20 SENSORES DE TEMPERATURA CUTÁNEOS DESECHABLES. POR LO TANTO, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL OFERTAR EL USO DE SENSORES DE TEMPERATURA CUTÁNEOS DESECHABLES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
13	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO	DICE: PUNTO 1.5.17. NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 45 DB. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE DE 47 DB. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.**

14	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO	DICE: PUNTO: 3.4. CINCO (5) PIEZAS DE FILTROS PARA OXÍGENO DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO CE CATÁLOGO). PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE, EL EQUIPO DE MI REPRESENTADA NO REQUIERE DE FILTROS DE OXÍGENO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
15	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO	DICE: SIN PUNTO. PREGUNTA: DEBIDO AL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL PRESENTE EVENTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE AUTORIZAR QUE LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A LOS PUNTOS 2.3, 3.1, 3.2 Y 3.3 DEL APARTADO ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PUEDAN SER ENTREGADOS EN UN PLAZO DE 60 A 80 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
16	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 MONITOR DE SIGNOS VITALES	PUNTO 1.1.1.- MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO, CON PANTALLA DE 10 PULGADAS COMO MÍNIMO, A COLOR LCD TFT O LED O PLASMA. PREGUNTA: SE ENTIENDE POR MODULAR, UNA TECNOLOGÍA QUE PERMITE TENER UN DISPOSITIVO QUE CAPTE LAS SEÑALES DEL PACIENTE Y QUE LAS PROCESA PARA SU POSTERIOR DESPLIEGUE EN PANTALLA, CON LA CARACTERÍSTICA DE PODER SER RETIRADO DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y COLOCADO EN UN SISTEMA SIMILAR PARA CONTINUAR LA MONITORIZACIÓN. ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
17	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 MONITOR DE SIGNOS VITALES	PUNTO 1.1.15.2.- CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN, EL CUAL CUENTA CON UN MÓDULO DE ENERGÍA PARA ALIMENTAR AL SISTEMA COMPLETO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
18	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 MONITOR DE SIGNOS VITALES	PUNTO 2.4.2.- CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, CÓDIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO UNA PIEZA. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES Y CON LA INTENCIÓN DE CUBRIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN CABLE DE ECG COMPUESTO, PARA TENER UN CABLE DE UN TOTAL DE 10 LATIGUILLOS Y MEDIR DOCE DERIVACIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ÁCLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 rows and 5 columns. Columns include: Item Number, Supplier Name, Category, Description, and Response. Rows 19-24 detail technical specifications for medical monitors and their responses.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.**

25	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TERAPIA INTENSIVA	PUNTO 1.1.19.- REGISTRADOR O IMPRESORA TÉRMICOS INTERCONSTRUIDA O MÓDULO INSERTABLE DE DOS CANALES. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, O EN SU DEFECTO PODER OFERTAR UNA IMPRESORA LÁSER CONECTADA EN RED AL MONITOR PARA IMPRIMIR LA VISUALIZACIÓN DE PANTALLA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
26	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TERAPIA INTENSIVA	PUNTO 2.4.2.- CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, CÓDIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO UNA (1) PIEZA. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES Y CON LA INTENCIÓN DE CUBRIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN CABLE DE ECG COMPUESTO, PARA TENER UN CABLE DE UN TOTAL DE 10 LATIGUILLOS Y MEDIR DOCE DERIVACIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
27	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TERAPIA INTENSIVA	PUNTO 3.1.1.- DOS MIL (2000) ELECTRODOS ADULTOS/PEDIÁTRICO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 300 ELECTRODOS PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
28	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TERAPIA INTENSIVA	PUNTO 3.2.1.- AL MENOS 20 DOMOS DESECHABLES O VEINTE (20) KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLE. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 5 UNIDADES DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
29	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TERAPIA INTENSIVA	PUNTO 3.3.- CINCO ROLLOS DE PAPEL PARA REGISTRADOR O IMPRESORA TÉRMICOS INTERCONSTRUIDOS O MÓDULO INSERTABLE. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS LICITANTES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN PAQUETE DE 500 HOJAS BLANCAS ACORDE A LO OFRECIDO EN EL PUNTO 1.1.19. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
30	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	"PUNTO 1.3.12.1. CON FUNCIÓN DE NEBULIZACIÓN PARA PACIENTES NEONATALES QUE PERMITA COMPENSACIÓN DE VOLUMEN DE 5 L/MIN O MENOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI POR "COMPENSACIÓN DE VOLUMEN" SE REFIEREN AL FLUJO BASE ADICIONAL QUE REQUIERE EL VENTILADOR PARA LA FUNCIÓN DE NEBULIZACIÓN, EQUIVALENTE AL FLUJO BASE DE NEBULIZACIÓN MENOS EL FLUJO BASE NORMAL (SIN NEBULIZACIÓN). ¿ES CORRECTO?"	ES CORRECTO. PODRÁ OFERTAR LA PROPUESTA DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

31	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	"PUNTO 1.3.14. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O FINALIZACIÓN DE FLUJO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA, "TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA INSPIRACIÓN", PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DEL MISMO PARÁMETRO CON DIFERENTE NOMENCLATURA."	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
32	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	"PUNTO 1.3.15. BIAS FLOW, FLUJO BASE, CONTINUO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR DE MANERA INDISTINTA BIAS FLOW O FLUJO BASE O CONTINUO. ¿ES CORRECTO?"	ES CORRECTO. PODRÁ OFERTAR PROPUESTA DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL.
33	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	"PUNTO 1.3.16. AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR DE MANERA INDISTINTA AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN O RISE TIME O RETARDO INSPIRATORIO O RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. ¿ES CORRECTO?"	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
34	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	"PUNTO 1.4.8. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN Y VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO INCLUIR EN LA OFERTA TÉCNICA EL MODO VENTILATORIO DE RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTO?"	ES CORRECTO. PODRÁ OFERTAR PROPUESTA DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL.
35	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	"PUNTO 1.4.8. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN Y VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A DOS MODOS VENTILATORIOS DISTINTOS, Y QUE NO PODRÁ OFERTARSE EL MODO APRV TAMBIÉN COMO MODO DE RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO?"	ES CORRECTO. PODRÁ OFERTAR PROPUESTA DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL.

2





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSION: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item Number, Supplier Name, Category, Partida, Description, and Response. Contains items 36, 37, 38, and 39 regarding Dräger Medical equipment specifications and acceptance criteria.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the table.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item ID, Supplier Name, Category, Item Description, and Clarification/Response. Contains three rows of data (40, 41, 42) regarding Dräger Medical equipment specifications and technical questions.

Handwritten signature or mark on the right side of the table.

Large handwritten signature or mark at the bottom right of the page.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

43	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	"PUNTO 3.5. DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTES PEDIÁTRICO (DIÁMETRO INTERNO: 15 MM), CADA UNO CON TRAMPA DE AGUA Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLES (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 5 CIRCUITOS ADULTO PEDIÁTRICO DE 22 MM Y 5 CIRCUITOS NEONATALES DE 10 MM, AMBOS DESECHABLES, CON TRAMPAS DE AGUA Y CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN, YA QUE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPO OFERTADA POR MI REPRESENTADA VENTILA A LOS PACIENTES DE ACUERDO CON SU PESO IDEAL CORPORAL Y LAS ESPECIFICACIONES DEL CIRCUITO VENTILATORIO (OBTENIDAS POR MEDIO DE LA COMPROBACIÓN DEL CIRCUITO) PARA COMPENSAR EL ESPACIO MUERTO, RESISTENCIAS, DISTENSIBILIDAD Y FUGAS, POR LO QUE ES POSIBLE UTILIZAR CIRCUITOS DE LOS DIÁMETROS ANTES DESCRITOS PARA ATENDER A LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS. ¿SE ACEPTA?"	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
----	--------------------------------	---------	------------	--	--

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 8.	PARTIDA 8, PUNTO. 1.1.3. SOLICITAMOS AMABLEMENTE EL CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR ESTE PUNTO ES SUFICIENTE OFERTAR HL7?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
2	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 9.	PARTIDA 9. PUNTO 1.1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TAMAÑO DE PANTALLA DE MINIMO DE 12 PULGADAS DEBIDO A QUE ESTO NO DELIMITA SU FUNCION	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
3	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 9.	PARTIDA 9. PUNTO 1.1.6.3. SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSION: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 6 rows and 6 columns. Columns include item number, company name, category, technical annex, clarification text, and response status. Row 4: HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV, TÉCNICO, ANEXO TECNICO, PARTIDA 4, CON RESPECTO AL PUNTO 1.4.2 DE LA PARTIDA 4... NO SE ACEPTA... Row 5: HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV, TÉCNICO, ANEXO TECNICO, PARTIDA 4, PUNTO 2.4.2: SOLICITAMOS AMABLEMENTE... SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO... Row 6: HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV, TÉCNICO, ANEXO TECNICO, PARTIDA 15, PARTIDA 15. PUNTO 1.8.6. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE... NO SE ACEPTA...





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

7	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 15	PARTIDA 15. PUNTO 1.7.11 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE Y PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ESTE PUNTO SE PUEDA REFERENCIAR COMO "FALLA DE TURBINA" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
8	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 15	PARTIDA 15. PUNTO 1.7.13 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE ESTE PUNTO 1.7.13 "PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE ALARMAS" SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DE PROGRAMAR AUTOMATICAMENTE ALARMAS POR DEFAULT DEPENDIENDO DE LA SELECCIÓN DEL TIPO DE PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
9	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 15	PARTIDA 15. PUNTO 1.4.2 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE Y PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ESTE PUNTO SE PUEDA REFERENCIAR COMO "FLUJO INSPIRATORIO AUTOMATICO". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
10	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14. PUNTO 1.5.24 EN RELACIÓN CON EL PUNTO "CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1 O P100", SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE NOS PERMITA OFERTA PARÁMETROS EQUIVALENTES, COMO WOB (TRABAJO RESPIRATORIO), PRESIÓN DE LA VÍA AÉREA (PAW) Y VOLÚMENES INSPIRADOS/ESPIRADOS (VTI/VTE), QUE PERMITEN VALORAR DE MANERA CLÍNICA Y CONTINUA EL ESFUERZO RESPIRATORIO Y DRIVE DEL PACIENTE, CUMPLIENDO LA MISMA FINALIDAD QUE EL ÍNDICE P0.1 PERO CON MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA MECÁNICA VENTILATORIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
11	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14. PUNTO 1.6.10 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE COMO " VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR O FALLA EN TURBINA", ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PRECISA A SU PREGUNTA, TODA VEZ QUE EL PUNTO QUE MENCIONA "1.1.10" EN LA FICHA TÉCNICA ANEXA HABLE DE LA ALARMA DE BATERÍA BAJA.
12	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14. PUNTO 1.5.16 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO "PAW - BARRA INDICADORA DE PRESION MAXIMA EN VIAS RESPIRATORIAS" Y "WOB - TRABAJO RESPIRATORIO" DONDE ESTOS PARAMETROS SON HERRAMIENTAS QUE LE AYUDAN AL USUARIO A EVALUAR EL ESFUERZO RESPIRATORIO DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

13	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14. PUNTO 1.7.4 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "COMPENSACIÓN AUTOMATIA DE FUGAS Y RESISTENCIA EN CIRCUITO DE PACIENTE" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
14	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14. PUNTO 1.7.7. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, EL HUMIDIFICADOR PUEDE SER DE DIFERENTE MARCA AL VENTILADOR OFERTADO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
15	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14. PUNTO 1.3.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE PODEMOS HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO "FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO O AUTOMATICO" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
16	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14. PUNTO 1.3.7 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PAUSA ESPIRATORIA DE 5 A 15 SEGUNDOS, DANDO UN RANGO MAYOR DE TIEMPO Y PERMITIENDO AL USUARIO TENER MAS OPCION DE TIEMPO DE PAUSA ESPIRATORIA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
17	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA Y NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO "EXP HOLD - PAUSA ESPIRATORIA" ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PRECISA A SU PREGUNTA, TODA VEZ QUE NO MENCIONA QUÉ NUMERAL DE LA FICHA TÉCNICA ES A LA QUE REFIERE SU QUESTIONAMIENTO.
18	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14 PUNTO 1.5.20 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO "FUNCION CONGELAR - LO CUAL PERMITE VIZUALIZAR Y VER LOS VALORES EN LOS GRAFICOS EN UN MOMENTO ESPECIFICO", ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
19	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14. PUNTO 1.7.15 ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DEBE OFERTAR EL SENSOR DE FLUJO SEGÚN LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
20	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14, PUNTO 1.5.21 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA COMO "PAW - BARRA INDICADORA DE PRESION MAXIMA DE VIAS RESPIRATORIAS" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

21	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 14	PARTIDA 14, PUNTO 1.7.11.1 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE NOS PERMITA NO REFERENCIAR ESTE PUNTO YA QUE NUESTRA TECNOLOGIA NO REQUIERE DE UNA TOMA DE AIRE MEDICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. Y NO DEBE OMITIR EL PUNTO, MÁS BIEN, DEBERÁ COMENTAR LO MENCIONADO DEPENDIENDO SI APLICA O NO LA TECNOLOGÍA SOLICITADA. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
22	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1, ANEXO TECNICO	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PUNTO 7. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR, PARA ESTE PUNTO, CARTA DE DISTRIBUIDOR, DADO QUE CON ELLO SE BUSCA OTORGAR CERTEZA A LA DEPENDENCIA DE QUE LOS EQUIPOS PODRÁN SER SUMINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. A EXCEPCIÓN DE QUE SEA DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUE APAREZCA EN EL REGISTRO SANITARIO Y DEBERÁ DIRIGIRLO AL LICITANTE OFERTANTE.
23	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	CON RESPECTO AL REQUISITO DE PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL REGISTRO SANITARIO, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR DICHO DOCUMENTO AL MOMENTO DE RESULTAR ADJUDICADOS, CON EL FIN DE FACILITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. ¿SERÍA POSIBLE QUE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO PUEDA SER PRESENTADA ÚNICAMENTE POR EL(LOS) LICITANTE(S) ADJUDICADO(S), POSTERIOR AL FALLO?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO B) C) Y D)	ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA PRESENTAR UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE EN EL QUE SE INCLUYA LO DESCRITO EN LOS INCISOS MENCIONADOS ACOMPAÑADOS DE LA LEYENDA "NO APLICA". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ESOS PUNTOS NO APLICAN, POR LO QUE NO ES NECESARIO PRESENTARLOS.
2	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO E)	DICE: "NOM-241-SSA1-2012 "BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN" PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS QUE SE ACREDITA CON LA ENTREGA CON EL CERTIFICADO ANALITICO, A NOMBRE DEL FABRICANTE O DE LA RAZÓN SOCIAL QUE CORRESPONDA AL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO Y/O CERTIFICADO EMITIDO POR LA COFEPRIS, VIGENTE." COMPRENDEMOS QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485 EN CASO DE QUE EL FABRICANTE SEA DE ORIGEN EXTRANJERO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN OFERTADO SEA INTERNACIONAL.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSION: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item number, Description, Category, Reference, and Comments. Contains 8 rows of clarification items regarding technical specifications and evaluation criteria.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

9	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO PROPOSICIÓN TECNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL AGREGAR UNA COLUMNA LLAMADA "DESCRIPCION OFERTADA" AL LADO DERECHO DE LA COLUMNA DE "DESCRIPCION", ESTO CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA REVISION DE LAS PROPUESTAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE DA LA PRECISIÓN QUE LA FORMA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA SE DESCRIBE EN EL ARCHIVO TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) E. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA, COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. * VER FICHA TÉCNICA ANEXA. EN LA INFORMACIÓN QUE SE COLOQUE COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN REFERENCIAR A QUÉ PUNTO DE LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDE O EN SU CASO, REFERENCIAR ALGÚN ACUERDO QUE HAYA LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
10	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO D) NUMERAL 8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE AL OFERTAR EQUIPOS DE ORIGEN EXTRANJERO SERA SUFICIENTE PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 13485 A NOMBRE DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN OFERTADO SEA INTERNACIONAL.
11	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO D) NUMERAL 10 SUBINCISO B)	ES CORRECTO ENTENDER QUE LO SOLICITADO EN ESTE INCISO SERA ENTREGADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO POR LO QUE SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE PARTICIPANTE EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENTREGARA COPIA SIMPLE DEL PEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN UNA VEZ RESULTANDO ADJUDICADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
12	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO D) NUMERAL 11	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR ESCRITO EN FORMATO LIBRE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE EN EL QUE SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLE CON LAS NORMAS APLICABLES PARA LA PARTIDA OFERTADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO DEL TODO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN DADO CASO DE APLICAR, CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESPECIFICADA EN CADA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y LA DEBERÁN ACREDITAR.
13	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO D) NUMERAL 13	EN CASO DE QUE EL FABRICANTE RECOMIENDE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 12 MESES ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRA PRESENTAR UNA CARTA FIRMADA POR EL FABRICANTE EXPRESANDO LA RECOMENDACIÓN ANTERIOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
14	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO D) NUMERAL 13	ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE NUMERAL APLICA ÚNICAMENTE PARA EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

15	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO D)	DICE: "NOM-241-SSA1-2012 "BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN" PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS QUE SE ACREDITA CON LA ENTREGA CON EL CERTIFICADO ANALITICO, A NOMBRE DEL FABRICANTE O DE LA RAZÓN SOCIAL QUE CORRESPONDA AL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO Y/O CERTIFICADO EMITIDO POR LA COFEPRIS, VIGENTE. "ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485 EN CASO DE QUE EL FABRICANTE SEA DE ORIGEN EXTRANJERO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?"	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN OFERTADO SEA INTERNACIONAL.
16	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO D)	DICE: "NOM-137-SSA1-2008, "ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS", LA CUAL ESTABLECE LOS REQUISITOS MINIMOS, QUE SIRVEN PARA COMUNICAR LA INFORMACIÓN A LOS USUARIOS, QUE DEBERA CONTENER EL ETIQUETADO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO, QUE SE COMERCIALIZEN O DESTINEN A USUARIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL. SE ACREDITARA AL MOMENTA DE LA ENTREGA. " ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTO APLICA UNICAMENTE AL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?"	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
17	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO E)	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ESCRITO LIBRE CON TABLA COMPARATIVA SOLICITADO EN EL INCISO SERA COMPLEMENTARIO A LA PROPUESTA TECNICA Y SOLO DEBERA CONTENER LOS PUNTOS ACEPTADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES CON SU RESPECTIVA REFERENCIAS. ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DA LA PRECISIÓN QUE LA FORMA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA SE DESCRIBE EN EL ARCHIVO TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) E. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA, COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. * VER FICHA TÉCNICA ANEXA. EN LA INFORMACIÓN QUE SE COLOQUE COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN REFERENCIAR A QUÉ PUNTO DE LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDE O EN SU CASO, REFERENCIAR ALGÚN ACUERDO QUE HAYA LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
18	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PARTIDA NO. 13	NUMERAL 1.4.1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO CAPACIDAD DE 64 SEGUNDOS DE DATOS DOPPLER Y MODO M. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

19	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PARTIDA NO. 13	NUMERAL 1.4.3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO UN RANGO DE FRP ENTRE 200 HZ Y 34 KHZ YA QUE COMPRENDE UN RANGO MAS AMPLIO AL SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
20	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PARTIDA NO. 13	NUMERAL 1.4.4 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO MEDICION DE VELOCIDAD CON EXACTITUD DE +/- 1 % ESCALA COMPLETA EN UN RANGO DE 0.1 A > 8.8 CM/S DE DOPPLER PULSADO ; Y UN RANGO DE 0.1 A > 19.3 CM/S DE DOPPLER CONTINUO YA QUE ES INCLUSO MAYOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
21	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PARTIDA NO. 13	NUMERAL 1.6 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO PULSO DE MÚLTIPLES FRECUENCIAS, INCLUIDAS LAS TECNOLOGÍAS DE PULSO INVERTIDO PATENTADAS CON CANCELACIÓN DE FASE, PARA OBTENER UNA RESOLUCIÓN DE DETALLE MEJORADA DURANTE LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES ARMÓNICAS • DISPONIBLE EN TODAS LAS APLICACIONES CLÍNICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
22	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PARTIDA NO. 13	NUMERAL 1.8 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO MODO TRIPLEX INDEPENDIENTE PARA 2D, CPA, FLUJO EN COLOR Y DOPPLER PW SIMULTANEOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
23	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PARTIDA NO. 13	NUMERAL 1.10 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO IMÁGENES COMPUESTAS EN TIEMPO REAL; MENOS PERTURBACIONES Y ARTEFACTOS COMPATIBLE CON IMÁGENES ADAPTATIVAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
24	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PARTIDA NO. 13	NUMERAL 1.17 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO PANEL DE CONTROL, PANTALLA TÁCTIL DE 12" A TODO COLOR, CON TECNOLOGÍA DE DESLIZAMIENTO PARA UNA SENCILLA NAVEGACIÓN E INTERACCIÓN CON EL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA O INCLUSO, PUEDE SER MAYOR.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: ID, Impulso Mexicano SA de CV, Técnico, Anexos de la Convocatoria Partida No. 13, Numeral, and SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSION: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 4 columns: Item ID, Description, Category, and Details. Row 30: IMPULSO MEXICANO SA DE CV, TECNICO, ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PARTIDA NO. 13, NUMERAL 1.31 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO ELASTOGRAFIA POR ONDA TRANSVERSAL... SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. Row 31: IMPULSO MEXICANO SA DE CV, TECNICO, ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PARTIDA NO. 13, NUMERAL 1.33.2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO SONDA LINEAL DE BANDA ANCHA... SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACION TECNICA DEBERA TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

32	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PARTIDA NO. 13	NUMERAL 1.33.4 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR COMO C9-4V SONDA CONVEX DE BANDA ANCHA* RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 4 A 9 MHZ · SECTOR END-FIRE, RADIO DE CURVATURA DE 10 MM, CAMPO DE VISIÓN DE 181° (MODO PANORÁMICO HABILITADO) · DOPPLER PULSADO (PW) ORIENTABLE Y COLOR, COLOR POWER ANGIO (CPA), CPA DIRECCIONAL, SONOCT, XRES Y ARMÓNICOS* APLICACIONES ENDOCAVITARIAS, INCLUIDA UROLOGÍA* ELASTOGRAFIA (BASADA EN DEFORMACIONES)* MODO DE CONTRASTE* COMPATIBLE CON FUNCIONES DE GUÍA PARA BIOPSIA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
33	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 13, ANEXO 7, ANEXO 4 Y ANEXO 4 A DE LA CONVOCATORIA	EN CASO DE NO APLICAR CUALQUIERA DE LOS ANEXOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS ANEXOS EN MENCIÓN CON LA LEYENDA "NO APLICA", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES
34	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1.3.7. DE LA CONVOCATORIA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ACUSE DE PRESENTACION DEL MANIFIESTO, GENERADO ATRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO , CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 15 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
35	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.3 Y 4.2.9. DE LA CONVOCATORIA	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, SU PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA FIRMADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITIÓ EL SAT EN FAVOR DEL LICITANTE O SU APODERADO ACREDITADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
36	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 14 DE LA CONVOCATORIA	ES CORRECTO ENTENDAER QUE EL ANEXO 14 ES INFORMATIVO Y QUE NO FORMA PARTE DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION SE PONE A DISPOSICION DE LOS PROVEEDORES EN CASO DE TENER DATOS PERSONALES SENSIBLES

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	CARDIOTOCÓGRAFODICE: 1.1 EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL. PREGUNTA: CON EL OBJETIVO DE PERMITIR UNA MONITORIZACIÓN FETAL ÓPTIMA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR ALGORITMO QUE PROPORCIONE UNA INTERPRETACIÓN DEL TRAZO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.**

2	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	CARDIOTOCÓGRAFO DICE: 3.1 PAPEL TÉRMICO DE DOS ESCALAS, TAMAÑO 150MM POR 90 MM PELADOS O EN ROLLO (AL MENOS DOS ROLLOS O AL MENOS 1000 HOJAS) PREGUNTA: EL PAPEL A OFERTAR PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA DE 30 A 240 LPM, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
3	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3	DEFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 1.1.3, ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR, TECNOLOGIA SUPERIOR QUE EMPLEA EL RANGO INFERIOR DE 1 JOULE Y RANGO SUPERIOR DE 360 JOULES DA CUMPLIMIENTO AL RANGO DE ENERGÍA SOLICITADO, POR LO TANTO, NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3	DEFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 1.1.5 ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR, TECNOLOGIA SUPERIOR EN LA CUAL EL EQUIPO QUE OFERTAMOS NO REQUIERE ACCESORIO ALGUNO PARA PRUEBA DE DESCARGA, NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3	DEFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 1.1.15.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON QUE OPERE CON UNA AMPLITUD DE PULSO DE 20 A 200 MA, EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS GUÍAS CLÍNICAS DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA) RECOMIENDAN INICIAR LA ESTIMULACIÓN CARDÍACA TRANSCUTÁNEA CON VALORES ENTRE 40 Y 80 MA PARA LOGRAR UNA CAPTURA EFECTIVA. EN ESTE SENTIDO, LA TECNOLOGÍA QUE PROPONEMOS CUMPLE PLENAMENTE CON LOS RANGOS CLÍNICAMENTE RECOMENDADOS, GARANTIZANDO ASÍ LA EFICACIA TERAPÉUTICA, LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA ALINEACIÓN CON LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES VIGENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
6	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3	DEFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 2.5 PARA CUMPLIR CABLMENTE CON EL PUNTO ANTES MENCIONADO ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR ALGUNA DE LAS DOS TECNOLOGIAS CUMPLIENDO CON LOS ACCESORIOS SOLICITADOS SEGUN SEA EL CASO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE DA RESPUESTA CAVAL, TODA VEZ QUE EL NUMERAL 2.5 NO TIENE NADA QUE VER CON "EL PUNTO ANTES MENCIONADO".





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.**

7	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3	DESFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 2.5.5.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONCONVOCANTE DE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR CÁNULA NASAL PARA MEDIR O MUESTREAR CO2 YA QUE ESTA CARACTERISTICA PERMITE UNA MEDICIÓN PRECISA Y CONTINUA DE LOS NIVELES DE DIÓXIDO DE CARBONO EXHALADO POR EL PACIENTE Y PERMITE MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
8	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3	DESFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 3.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITIR OFERTAR LA CANTIDAD DE GEL CONDUCTOR SOLICITADA (1 GALÓN) EN PRESENTACIÓN EQUIVALENTE EN TUBOS DE 250 MILILITROS. ESTA PRESENTACIÓN ALTERNATIVA MANTIENE EL VOLUMEN TOTAL REQUERIDO Y, ADEMÁS, OFRECE UNA MAYOR FACILIDAD DE USO, MANIPULACIÓN E HIGIENE DURANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, YA QUE PERMITE UNA APLICACIÓN MÁS RÁPIDA Y PRECISA DEL GEL EN PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
9	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION DICE: 1.3.2.1 AL MENOS TRES VELOCIDADES DIFERENTES, INCLUYENDO 5, 25 Y 50 MM/SEG PREGUNTA: CON EL OBJETIVO DE PERMITIR UNA CORRECTA IMPRESIÓN DEL TRAZO DE ECG Y EVITAR LA PÉRDIDA DE EPISODIOS DE QT LARGO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA VELOCIDAD CON LAS OPCIONES DE 25 Y 50 MM/SEG, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
10	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION DICE: 2.3.3 CUATRO ELECTRODOS TIPO PINZA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. PREGUNTA: LAS PINZAS A OFERTAR SON TAMAÑO ADULTO/PEDIÁTRICO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 4 PINZAS POR CADA ELECTROCARDIOGRAFO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
11	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION DICE: 2.3.4 SEIS PERILLAS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. PREGUNTA: LAS PERILLAS A OFERTAR SON TAMAÑO ADULTO/PEDIÁTRICO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 6 PERILLAS POR CADA ELECTROCARDIOGRAFO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

12	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.4.1.1. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN, CON EL MODO DE MEDICIÓN A INTERVALOS POR PERÍODO SE TOMARÁN MEDICIONES DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA DE MANERA CONTINUA DURANTE EL PERÍODO DE DURACIÓN DESEADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
13	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE DEL PUNTO 1.8. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 20 DESECHABLES NEONATALES POR CADA REUSABLE SOLICITADO. LA PROPUESTA PERMITE UNA MEJOR ADAPTACIÓN DE TAMAÑO DEL BRAZALETE A PACIENTES NEONATALES Y ADICIONAL AYUDA A EVITAR INFECCIONES CRUZADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
14	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.8. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN, CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA, PARA USAR CON MANGUERA DE PANI DE CONEXIÓN RÁPIDA MACHO. PUERTO DE SONDA DE TEMPERATURA. MANGUERA DE PRESIÓN ARTERIAL: MANGUERA DE PACIENTE NIBP, 3 METROS. ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE DAR UNA RESPUESTA PRECISA, TODA VEZ QUE LA PREGUNTA HABLA DE DOS COSAS DISTINTAS, Y EL PUNTO REFERENCIADO HABLA DE LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA.
15	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.8.1. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN, EL EXCLUSIVO DISEÑO DE COLA CÓNICA PERMITE ENVOLVER Y APLICAR FÁCILMENTE EL MANGUITO AL PACIENTE. 100 % LIBRE DE PVC Y DEHP SIN COSTURAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
16	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.9. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN, EL MODO DE MEDICIÓN PUNTUAL OFRECE UNA MEDICIÓN PREDICTIVA ÚNICA QUE TOMA UNA TEMPERATURA EN APROXIMADAMENTE 6 A 15 SEGUNDOS, ANTES DE ALCANZAR UNA TEMPERATURA EN ESTADO ESTABLE. LAS MEDICIONES PREDICTIVAS REDUCEN EL TIEMPO NECESARIO PARA UNA MEDICIÓN MEDIANTE EL USO DE ALGORITMOS PARA PREDECIR CUÁL SERÍA LA TEMPERATURA SI LA SONDA SE DEJARA EN SU LUGAR HASTA ALCANZAR EL ESTADO ESTABLE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

17	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGEPUNTO 1.9.1.1 SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCNATE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN TEMPERATURA ENTRE 26,7 ° C Y 43,3 °C. LA PROPUESTA NO AFECTA NI INTERFIERE EN LA CORRECTA MEDICIÓN Y AMPLIO RANGO, AL SER UNA VARIACIÓN MÍNIMA EN LA DIFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
18	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.9.1.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA ENTRE 26,7 ° C Y 43,3 °C (80 °F Y 110 °F).....±0,11 °C, LA PROPUESTA NO AFECTA NI INTERFIERE EN LA CORRECTA MEDICIÓN Y AMPLIO RANGO, AL SER UNA VARIACIÓN MÍNIMA EN LA DIFERENCIA. ¿SE ACEPTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
19	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.9.2.1. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCNATE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE LA TEMPERATURA AXILAR EN PACIENTES (PREDICTIVA) EN SPOT CHECK MODE (MODO VERIFICACIÓN INMEDIATA) SE MIDE MEDIANTE SONDAS ORALES/AXILARES EN COMBINACIÓN CON (MODO AXILAR EN PACIENTES). SE PROPORCIONA UNA LECTURA DE TEMPERATURA EN APROXIMADAMENTE 10 A 13 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
20	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.9.2.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFRETAR PARA EL NUMERAL 1.9.2.3. NUESTRA TECNOLOGÍA EN DONDE LA TEMPERATURA AXILAR EN PACIENTES (PREDICTIVA) EN SPOT CHECK MODE (MODO VERIFICACIÓN INMEDIATA) SE MIDE MEDIANTE SONDAS ORALES/AXILARES EN COMBINACIÓN CON (MODO AXILAR EN PACIENTES). SE PROPORCIONA UNA LECTURA DE TEMPERATURA EN APROXIMADAMENTE 10 A 13 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
21	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGEPUNTO 1.11.1. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCNATE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, CON CONSISTE EN, INTRODUCZA DE FORMA MANUAL HASTA 30 MEDICIONES ADICIONALES PARA SU DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN, CONFIGURADAS PARA ADAPTARSE A LOS PROTOCOLOS Y NECESIDADES DE CADA ÁREA DE CUIDADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

(Handwritten blue checkmarks and a signature)

(Handwritten signature)





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

22	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO, 1.11.2. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, CON CONSISTE EN, INTRODUZCA DE FORMA MANUAL HASTA 30 MEDICIONES ADICIONALES PARA SU DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN, CONFIGURADAS PARA ADAPTARSE A LOS PROTOCOLOS Y NECESIDADES DE CADA ÁREA DE CUIDADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
23	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO, 1.14. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, CON CONSISTE EN, PUEDE ALMACENAR HASTA 96 HORAS DE DATOS DE ANÁLISIS DE TENDENCIAS CAPTURADOS CADA 2 SEGUNDOS. ALMACENA DE FORMA LOCAL HASTA 1000 SESIONES DE VERIFICACIÓN INMEDIATA CON IDENTIFICADORES DE PACIENTES ÚNICOS, LO QUE PERMITE A LOS CLÍNICOS DETECTAR TENDENCIAS Y COMPROBAR EL PROGRESO CON EL PASO DEL TIEMPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.
24	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO, 1.17 SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA, PUERTOS USB (2). PROPORCIONA CONECTIVIDAD CON USB 2.0. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
25	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.19 SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO 1.19 NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CONSISTE EN PUERTOS USB (2). PROPORCIONA CONECTIVIDAD CON USB 2.0. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
26	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.20 SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO 1.20 NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CONSISTE EN INTRODUZCA DE FORMA MANUAL HASTA 30 MEDICIONES ADICIONALES PARA SU DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN, CONFIGURADAS PARA ADAPTARSE A LOS PROTOCOLOS Y NECESIDADES DE CADA ÁREA DE CUIDADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
27	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO, 3.2.1. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 20 BRAZALETES DESECHABLES NEONATALES POR CADA REUSABLE SOLICITADO. LA PROPUESTA PERMITE UNA MEJOR ADAPTACIÓN DE TAMAÑO DEL BRAZALETE A PACIENTES NEONATALES Y ADICIONAL AYUDA A EVITAR INFECCIONES CRUZADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

28	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON IMÁGENES LOS PUNTOS CON DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBERÁ DE TENER COHERENCIA TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE SU PROPUESTA.
29	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO NO SERÁ UN MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
30	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE NUESTROS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, MISMA QUE DEBERÁ COINCIDIR CON TODA LA PROPUESTA TÉCNICA.
31	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)PUNTO: 1.4.4: CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE DOPPLER CONTINUO CON VELOCIDAD PRF DE 40,000 HZ O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE FPR DE ACUERDO CON ECUACIÓN DOPPLER: $F_{DOPPLER} = (2V * FO * \cos(\theta)) / C$ HACIENDO USO DE LA ECUACIÓN NUESTRA CAPACIDAD DE MEDIR 19 M/S (1900 CM/S) CORRESPONDE A UN MÍNIMO DE 49,350 HZ, TOMANDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES VARIABLES: $V=1900$ CM/S $FO=2$ MHZ $\cos(\theta)=1$ C= VELOCIDAD DEL SONIDO 154000 CM/S LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.
32	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) PUNTO: 1.9: SELECCIÓN DE 8 PUNTOS FOCALES O MAYOR. DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 8 ZONAS DE ENFOQUE LO CUAL CUMPLE CON LOS SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
33	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) PUNTO: 1.15: CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 1,000 CUADROS O 200 MB O MAYOR PARA LA REVISIÓN DE LAS IMÁGENES. DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP O REVISIÓN RETROSPECTIVA HASTA EN 512GB LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.

(Handwritten signature/initials)

(Handwritten signature/initials)





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

34	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) PUNTO: 1.24: CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE (EN NAVEGACIÓN VIRTUAL). ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE DESEA ADQUIRIR EQUIPO CON CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA REALIZAR FUSIÓN Y NAVEGACIÓN DE IMÁGENES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.
35	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) PUNTO: 1.26: INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T. DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GIGABIT ETHERNET, LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.
36	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) PUNTO: 1.28.1: SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DICOM (INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO) DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM. DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
37	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) PUNTO: 1.31: ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA POR COMPRESIÓN ACÚSTICA U ONDAS DE CORTE (SHEAR WAVE), PARA APLICACIONES DE MAMA Y ABDOMEN CON MEDICIÓN DE M/S Y/O KPA. DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ELASTOGRAFÍA POR ONDA TRANSVERSAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
38	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) PUNTO: 1.32: ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA DE COMPRESIÓN ESFUERZO O MANUAL (STRAIN). DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ELASTOGRAFÍA BASADA EN DEFORMACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

39	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)PUNTO: 1.33.1: LINEAL CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES: PARA ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA Y PARA ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA. (INCLUIR NÚMERO DE PARTE O MODELO). DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN DE 5 MHZ A 12 MHZ CON ARMÓNICOS PARA APLICACIONES DE PARTES BLANDAS, MAMAS, VASCULARES, MUSCULOESQUELÉTICAS Y PARA ELASTOGRAFÍA PARA IMÁGENES DE MAMA Y GINECOLÓGICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
40	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) 2. ACCESORIOS. PUNTO: 2.2: UPS DE DOBLE CONVERSIÓN CON SUPRESOR DE PICOS CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE 15 MINUTOS (INCLUIR MARCA Y MODELO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UPS GRADO MEDICO CON LO CUAL OFRECE SEGURIDAD AL PACIENTE ANTE CORRIENTES DE FUGA DE ACUERDO CON EL STANDARD UL60601-1-2. CON AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.
41	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) 2. ACCESORIOS. PUNTO 3.1: FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO 50 PIEZAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESERVATIVOS LO QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

[Handwritten signature]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

42	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)PUNTO 1.7 IMÁGENES EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D DE 30 VOLÚMENES POR SEGUNDO O MAYOR. PREGUNTA: ENTENDEMOS AL SER UN EQUIPO DE SEGUNDO NIVEL LA INTENCIÓN DEL INSTITUTO ES ADQUIRIR ULTRASONIDOS GINECO OBSTÉTRICOS PARA UNIDADES MÉDICAS DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN ES NECESARIA UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE VISUALIZAR IMÁGENES 3D, 4D HASTA 36 VOLÚMENES POR SEGUNDO, ADICIONALMENTE ES IMPORTANTE QUE CUENTE CON UNA HERRAMIENTA QUE REALICE VISTA ORTOGONAL EN LA CUAL MUESTRA DE MANERA SIMULTÁNEA LA ESTRUCTURA COMPLETA EN DOS VISTAS, LO QUE FACILITA LA EVALUACIÓN INCLUSO DE LAS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS CURVAS EN UNA GRAN VARIEDAD DE PLANOS DE SECCIÓN ORTOGONALES, PARA EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS O GINECOLÓGICAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
43	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) PUNTO 1.17 TECLADO ALFANUMÉRICO Y PANTALLA (TOUCH SCREEN) DE 8.9 PULGADAS O MAYOR INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL CON INTERFACE EN ESPAÑOL. PREGUNTA: DERIVADO DE EL GRAN USO DE DISPOSITIVOS CONTROLADOS POR GESTOS DE LA MANO Y LA FACILIDAD DE ASOCIAR DIFERENTES FUNCIONES EN ESPACIOS DE GRAN TAMAÑO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITE QUE LAS PANTALLAS TOUCH SCREEN TENGAN UN TAMAÑO MÍNIMO DE 12 PULGADAS Y DE ESTA FORMA FACILITAR EL FLUJO DE TRABAJO YA QUE SE DISMINUYEN EL NÚMERO DE BOTONES EN EL PANEL DE CONTROL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
44	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)PUNTO 1.23 FUSIÓN DE IMÁGENES EN FORMATO DICOM CON TC Y RM. PREGUNTA: ENTENDEMOS SE OFERTARÁ SOFTWARE PARA FUSIÓN DE IMAGEN CON OTRAS MODALIDADES COMO RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y PET/CT Y NAVEGACIÓN PARA PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS COMO BIOPSIAS, ABLACIONES O DRENAJES, DE ULTRASONIDOS EN TIEMPO REAL. CON TRANSDUCTOR CONVEXO PARA ABDOMEN. EL CUAL DEBE INCLUIR LOS ACCESORIOS QUE PERMITEN ESTA FUNCIONALIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

45	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.3.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VOLUMEN TIDAL" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DE NUESTRA TECNOLOGÍA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
46	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.3.3 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PRESIÓN CONTROLADA" EL CUAL ES EL EQUIVALENTE AL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
47	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.3.12.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITE OFERTAR UNA COMPENSACIÓN DE VOLUMEN DE 6 L/MIN, ESTO PERMITE TRATAR A PACIENTES NEONTALES CON MAYOR PESO Y COMPLEJIDAD DE LA PATOLOGÍA RESPIRATORIA A TRATAR. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
48	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.3.13 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "GATILLADO POR FLUJO Y GATILLADO POR PRESIÓN" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DE NUESTRA TECNOLOGÍA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
49	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.3.15 ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR UNO DE LOS 3 QUE SE ESTIPULA EN LA FICHA TÉCNICA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
50	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.5.6 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN DONDE EL VOLUMEN MINUTO ESPIRADO (VE), DADO QUE ESTE PARÁMETRO REPRESENTA DE MANERA DIRECTA Y CLÍNICA EL VALOR MEDIDO DEL VOLUMEN EXHALADO POR MINUTO, EL CUAL ES FUNCIONAL Y CLÍNICAMENTE EQUIVALENTE AL VOLUMEN MINUTO TOTAL EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, TAL COMO LO RECONOCEN ESTÁNDARES DE MONITOREO VENTILATORIO Y GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

51	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.5.9 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VOLUMEN TIDAL" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DE NUESTRA TECNOLOGÍA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.
52	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.7.10 ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR EL SUMINISTRO DE AIRE DESDE TOMA MURAL O SISTEMA DE AUTO SUMINISTRO DE AIRE. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
53	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 2.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE LOS REGULADORES DE PRESIÓN ESTÁN INTERNOS EN EL EQUIPO Y NO REQUIEREN REGULADORES EXTRA, DEBIDO A QUE CUMPLEN CON LA MISMA FUNCIÓN QUE SOLICITA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
54	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 2.8 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR POR CADA SENSOR DE FLUJO PROXIMAL REUSABLE, 10 SENSORES DE FLUJO PROXIMAL DESECHABLE, ESTO PARA EVITAR LAS INFECCIONES CRUZADAS, UNA DE LAS CAUSAS DE MUERTE MÁS COMUNES EN EL PAÍS. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
55	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 3.1 SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE EN DONDE EL SENSOR DE FLUJO ESTA INTERNO EN EL EQUIPO Y NO REQUIERE UNO EXTRA, DEBIDO A QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN QUE SOLICITA LA CONVOCANTE, QUE PUEDE SER CORROBORADO CON MANUALES Y FOLLETOS PROPIOS DEL FABRICANTE. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

56	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 3.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE NO SE REQUIERE UN SENSOR ADICIONAL PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION TRAQUEAL YA QUE CUENTA CON UN SENSOR INTERNO EL CUAL PERMITE AL EQUIPO HACER MEDICIÓN POR MEDIO DE LA ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN COMPENSACIÓN DE TUBO. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
57	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 3.4 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR 10 CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO QUE DISMINUYEN LA CONDENSACIÓN EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DEL AGUA Y CON DOBLE RAMA CALEFACTORA CON SISTEMA EVAQUA, PERMITIENDO EL FÁCIL MANEJO DE ESTE MISMO Y APLICANDO UNA CORRECTA TERAPIA, DE LA MARCA FISHER&PAYKEL MODELO RT360 ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
58	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 3.5 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR 10 CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO QUE DISMINUYEN LA CONDENSACIÓN EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DEL AGUA Y CON DOBLE RAMA CALEFACTORA CON SISTEMA EVAQUA, PERMITIENDO EL FÁCIL MANEJO DE ESTE MISMO Y APLICANDO UNA CORRECTA TERAPIA, DE LA MARCA FISHER&PAYKEL MODELO RT360 ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
59	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 3.6 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR 10 CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE NEONATAL QUE DISMINUYEN LA CONDENSACIÓN EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DEL AGUA Y CON DOBLE RAMA CALEFACTORA CON SISTEMA EVAQUA, PERMITIENDO EL FÁCIL MANEJO DE ESTE MISMO Y APLICANDO UNA CORRECTA TERAPIA, DE LA MARCA FISHER&PAYKEL MODELO RT265 ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item ID (60), Description (INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV), Category (TÉCNICO), Sub-category (PARTIDA 15), and Details (VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO1.2 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE... NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA).

Handwritten signature in blue ink on the right side of the table.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSION: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 4 columns: Item ID, Description, Category, and Details. Contains two rows (61 and 62) regarding medical technology procurement. Row 61: Ventilador de traslado pediátrico - adulto. Row 62: Ventilador de traslado pediátrico - adulto. Both rows include detailed technical specifications and a response: 'NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.'

Handwritten signature and scribbles in blue ink on the right side of the page.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

63	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO 2.2 Y 2.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE EL SENSOR DE FLUJO ESTA INTEGRADO Y NO REQUIERE SENSORES DE FLUJO EXTRA. LO ANTERIOR, NO AFECTA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, AL CUMPLIR CON LA FUNCIÓN SOLICITADA, YA QUE LO CONTIENE DE MANERA INTEGRADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
64	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	OTROS	GENERAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS ESCRITOS QUE INTEGREN LA PROPUESTA DEBERÁN SER DIRIGIDOS AL: INSTITUTO MEXICANO DE L SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	LOS ESCRITOS DEBERAN SER DIRIGIDOS A: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
7	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES	PLAZO DE ENTREGASE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN TENIENDO COMO FECHA LÍMITE 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA ASIGNACIÓN O FALLO, ES DECIR, HASTA EL 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	LA FECHA EXACTA SERÁ CONTABILIZADA A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO/ASIGNACIÓN, MISMA QUE ES DE 30 DÍAS NATURALES.
66	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	CARDIOTOCÓGRAFO DICE: 1.1 EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL. PREGUNTA: CON EL OBJETIVO DE PERMITIR UNA MONITORIZACIÓN FETAL ÓPTIMA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR ALGORITMO QUE PROPORCIONE UNA INTERPRETACIÓN DEL TRAZO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
67	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	CARDIOTOCÓGRAFO DICE: 3.1 PAPEL TÉRMICO DE DOS ESCALAS, TAMAÑO 150MM POR 90 MM PELADOS O EN ROLLO (AL MENOS DOS ROLLOS O AL MENOS 1000 HOJAS) PREGUNTA: EL PAPEL A OFERTAR PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA DE 30 A 240 LPM, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item ID, Description, Category, Partida, and Clarification. Rows 68, 69, 70, and 71 describe medical technology equipment and their specifications.

Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

72	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3	DESFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 2.5.5.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONCONVOCANTE DE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR CÁNULA NASAL PARA MEDIR O MUESTREAR CO2 YA QUE ESTA CARACTERISTICA PERMITE UNA MEDICIÓN PRECISA Y CONTINUA DE LOS NIVELES DE DIOXIDO DE CARBONO EXHALADO POR EL PACIENTE Y PERMITE MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
73	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3	DESFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 3.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITIR OFERTAR LA CANTIDAD DE GEL CONDUCTOR SOLICITADA (1 GALÓN) EN PRESENTACIÓN EQUIVALENTE EN TUBOS DE 250 MILILITROS. ESTA PRESENTACIÓN ALTERNATIVA MANTIENE EL VOLUMEN TOTAL REQUERIDO Y, ADEMÁS, OFRECE UNA MAYOR FACILIDAD DE USO, MANIPULACIÓN E HIGIENE DURANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, YA QUE PERMITE UNA APLICACIÓN MÁS RÁPIDA Y PRECISA DEL GEL EN PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
74	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION DICE: 1.3.2.1 AL MENOS TRES VELOCIDADES DIFERENTES, INCLUYENDO 5, 25 Y 50 MM/SEG PREGUNTA: CON EL OBJETIVO DE PERMITIR UNA CORRECTA IMPRESIÓN DEL TRAZO DE ECG Y EVITAR LA PÉRDIDA DE EPISODIOS DE QT LARGO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA VELOCIDAD CON LAS OPCIONES DE 25 Y 50 MM/SEG, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
75	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION DICE: 2.3.3 CUATRO ELECTRODOS TIPO PINZA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. PREGUNTA: LAS PINZAS A OFERTAR SON TAMAÑO ADULTO/PEDIÁTRICO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 4 PINZAS POR CADA ELECTROCARDIOGRAFO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
76	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION DICE: 2.3.4 SEIS PERILLAS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. PREGUNTA: LAS PERILLAS A OFERTAR SON TAMAÑO ADULTO/PEDIÁTRICO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 6 PERILLAS POR CADA ELECTROCARDIOGRAFO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

77	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.4.1.1. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN, CON EL MODO DE MEDICIÓN A INTERVALOS POR PERÍODO SE TOMARÁN MEDICIONES DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA DE MANERA CONTINUA DURANTE EL PERÍODO DE DURACIÓN DESEADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
78	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.8. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 20 DESECHABLES NEONATALES POR CADA REUSABLE SOLICITADO. LA PROPUESTA PERMITE UNA MEJOR ADAPTACIÓN DE TAMAÑO DEL BRAZALETE A PACIENTES NEONATALES Y ADICIONAL AYUDA A EVITAR INFECCIONES CRUZADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
79	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.8. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN, CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA, PARA USAR CON MANGUERA DE PANI DE CONEXIÓN RÁPIDA MACHO, PUERTO DE SONDA DE TEMPERATURA. MANGUERA DE PRESIÓN ARTERIAL: MANGUERA DE PACIENTE NIBP, 3 METROS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
80	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.8.1. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN, EL EXCLUSIVO DISEÑO DE COLA CÓNICA PERMITE ENVOLVER Y APLICAR FÁCILMENTE EL MANGUITO AL PACIENTE. 100 % LIBRE DE PVC Y DEHP SIN COSTURAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA ESTÉ ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL.
81	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.9. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN, EL MODO DE MEDICIÓN PUNTUAL OFRECE UNA MEDICIÓN PREDICTIVA ÚNICA QUE TOMA UNA TEMPERATURA EN APROXIMADAMENTE 6 A 15 SEGUNDOS, ANTES DE ALCANZAR UNA TEMPERATURA EN ESTADO ESTABLE. LAS MEDICIONES PREDICTIVAS REDUCEN EL TIEMPO NECESARIO PARA UNA MEDICIÓN MEDIANTE EL USO DE ALGORITMOS PARA PREDECIR CUÁL SERÍA LA TEMPERATURA SI LA SONDA SE DEJARA EN SU LUGAR HASTA ALCANZAR EL ESTADO ESTABLE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

82	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGEPUNTO 1.9.1.1 SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE EN TEMPERATURA ENTRE 26,7 ° C Y 43,3 ° C. LA PROPUESTA NO AFECTA NI INTERFIERE EN LA CORRECTA MEDICIÓN Y AMPLIO RANGO, AL SER UNA VARIACIÓN MÍNIMA EN LA DIFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
83	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.9.1.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA ENTRE 26,7 ° C Y 43,3 ° C (80 ° F Y 110 ° F).....±0,11 ° C, LA PROPUESTA NO AFECTA NI INTERFIERE EN LA CORRECTA MEDICIÓN Y AMPLIO RANGO, AL SER UNA VARIACIÓN MÍNIMA EN LA DIFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
84	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.9.2.1. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, QUE CONSISTE LA TEMPERATURA AXILAR EN PACIENTES (PREDICTIVA) EN SPOT CHECK MODE (MODO VERIFICACIÓN INMEDIATA) SE MIDE MEDIANTE SONDAS ORALES/AXILARES EN COMBINACIÓN CON (MODO AXILAR EN PACIENTES). SE PROPORCIONA UNA LECTURA DE TEMPERATURA EN APROXIMADAMENTE 10 A 13 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
85	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.9.2.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFRETAR PARA EL NUMERAL 1.9.2.3. NUESTRA TECNOLOGÍA EN DONDE LA TEMPERATURA AXILAR EN PACIENTES (PREDICTIVA) EN SPOT CHECK MODE (MODO VERIFICACIÓN INMEDIATA) SE MIDE MEDIANTE SONDAS ORALES/AXILARES EN COMBINACIÓN CON (MODO AXILAR EN PACIENTES). SE PROPORCIONA UNA LECTURA DE TEMPERATURA EN APROXIMADAMENTE 10 A 13 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
86	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGEPUNTO 1.11.1. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, CON CONSISTE EN, INTRODUZCA DE FORMA MANUAL HASTA 30 MEDICIONES ADICIONALES PARA SU DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN, CONFIGURADAS PARA ADAPTARSE A LOS PROTOCOLOS Y NECESIDADES DE CADA ÁREA DE CUIDADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

[Handwritten signature]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

87	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO, 1.11.2. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, CON CONSISTE EN, INTRODUZCA DE FORMA MANUAL HASTA 30 MEDICIONES ADICIONALES PARA SU DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN, CONFIGURADAS PARA ADAPTARSE A LOS PROTOCOLOS Y NECESIDADES DE CADA ÁREA DE CUIDADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
88	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO, 1.14. SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, CON CONSISTE EN, PUEDE ALMACENAR HASTA 96 HORAS DE DATOS DE ANÁLISIS DE TENDENCIAS CAPTURADOS CADA 2 SEGUNDOS. ALMACENA DE FORMA LOCAL HASTA 1000 SESIONES DE VERIFICACIÓN INMEDIATA CON IDENTIFICADORES DE PACIENTES ÚNICOS, LO QUE PERMITE A LOS CLÍNICOS DETECTAR TENDENCIAS Y COMPROBAR EL PROGRESO CON EL PASO DEL TIEMPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.
89	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO, 1.17 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA, PUERTOS USB (2). PROPORCIONA CONECTIVIDAD CON USB 2.0. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
90	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.19 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO 1.19 NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CONSISTE EN PUERTOS USB (2). PROPORCIONA CONECTIVIDAD CON USB 2.0. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
91	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO 1.20 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO 1.20 NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CONSISTE EN INTRODUZCA DE FORMA MANUAL HASTA 30 MEDICIONES ADICIONALES PARA SU DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN, CONFIGURADAS PARA ADAPTARSE A LOS PROTOCOLOS Y NECESIDADES DE CADA ÁREA DE CUIDADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
92	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE PUNTO, 3.2.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 20 BRAZALETES DESECHABLES NEONATALES POR CADA REUSABLE SOLICITADO. LA PROPUESTA PERMITE UNA MEJOR ADAPTACIÓN DE TAMAÑO DEL BRAZALETE A PACIENTES NEONATALES Y ADICIONAL AYUDA A EVITAR INFECCIONES CRUZADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

93	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON IMÁGENES LOS PUNTOS CON DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN NUESTROS CATÁLOGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBERÁ DE TENER COHERENCIA TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE SU PROPUESTA.
94	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO NO SERÁ UN MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
95	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE NUESTROS CATÁLOGOS EN INGLÉS CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, MISMA QUE DEBERÁ COINCIDIR CON TODA LA PROPUESTA TÉCNICA.
96	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)PUNTO: 1.4.4: CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE DOPPLER CONTINUO CON VELOCIDAD PRF DE 40,000 HZ O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE FPR DE ACUERDO CON ECUACIÓN DOPPLER: $F_{DOPPLER} = (2V * FO * \cos(\theta)) / C$ HACIENDO USO DE LA ECUACIÓN NUESTRA CAPACIDAD DE MEDIR 19 M/S (1900 CM/S) CORRESPONDE A UN MÍNIMO DE 49,350 HZ, TOMANDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES VARIABLES: $V=1900$ CM/S $FO=2$ MHZ $\cos(0)=1$ $C=$ VELOCIDAD DEL SONIDO 154000 CM/S LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.
97	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) PUNTO: 1.9: SELECCIÓN DE 8 PUNTOS FOCALES O MAYOR. DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 8 ZONAS DE ENFOQUE LO CUAL CUMPLE CON LOS SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
98	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) PUNTO: 1.15: CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 1,000 CUADROS O 200 MB O MAYOR PARA LA REVISIÓN DE LAS IMÁGENES. DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP O REVISIÓN RETROSPECTIVA HASTA EN 512GB LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSION: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item Number, Description, Category, Partida, and Clarification. It contains five rows of data for items 99, 100, 101, 102, and 103, detailing medical technology specifications and acceptance conditions.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

104	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)PUNTO: 1.33.1: LINEAL CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES: PARA ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA Y PARA ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA. (INCLUIR NÚMERO DE PARTE O MODELO). DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN DE 5 MHZ A 12 MHZ CON ARMÓNICOS PARA APLICACIONES DE PARTES BLANDAS, MAMAS, VASCULARES, MUSCULOESQUELÉTICAS Y PARA ELASTOGRAFÍA PARA IMÁGENES DE MAMA Y GINECOLÓGICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
105	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) 2. ACCESORIOS. PUNTO: 2.2: UPS DE DOBLE CONVERSIÓN CON SUPRESOR DE PICOS CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE 15 MINUTOS (INCLUIR MARCA Y MODELO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UPS GRADO MEDICO CON LO CUAL OFRECE SEGURIDAD AL PACIENTE ANTE CORRIENTES DE FUGA DE ACUERDO CON EL STANDARD UL60601-1-2. CON AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.
106	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13	ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO) 2. ACCESORIOS. PUNTO 3.1: FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO 50 PIEZAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESERVATIVOS LO QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

Handwritten signature in blue ink.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO
SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item ID, Description, Category, Partida, and Response. Contains three rows (107, 108, 109) detailing medical equipment specifications and responses.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

110	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.3.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VOLUMEN TIDAL" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DE NUESTRA TECNOLOGÍA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
111	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.3.3 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PRESIÓN CONTROLADA" EL CUAL ES EL EQUIVALENTE AL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
112	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.3.12.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITE OFERTAR UNA COMPENSACIÓN DE VOLUMEN DE 6 L/MIN, ESTO PERMITE TRATAR A PACIENTES NEONATALES CON MAYOR PESO Y COMPLEJIDAD DE LA PATOLOGÍA RESPIRATORIA A TRATAR. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
113	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.3.13 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "GATILLADO POR FLUJO Y GATILLADO POR PRESIÓN" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DE NUESTRA TECNOLOGÍA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
114	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.3.15 ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR UNO DE LOS 3 QUE SE ESTIPULA EN LA FICHA TÉCNICA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
115	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.5.6 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN DONDE EL VOLUMEN MINUTO ESPIRADO (VE), DADO QUE ESTE PARÁMETRO REPRESENTA DE MANERA DIRECTA Y CLÍNICA EL VALOR MEDIDO DEL VOLUMEN EXHALADO POR MINUTO, EL CUAL ES FUNCIONAL Y CLÍNICAMENTE EQUIVALENTE AL VOLUMEN MINUTO TOTAL EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, TAL COMO LO RECONOCEN ESTÁNDARES DE MONITOREO VENTILATORIO Y GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

116	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.5.9 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VOLUMEN TIDAL" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DE NUESTRA TECNOLOGÍA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.
117	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 1.7.10 ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR EL SUMINISTRO DE AIRE DESDE TOMA MURAL O SISTEMA DE AUTO SUMINISTRO DE AIRE. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
118	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 2.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE LOS REGULADORES DE PRESIÓN ESTÁN INTERNOS EN EL EQUIPO Y NO REQUIEREN REGULADORES EXTRA, DEBIDO A QUE CUMPLEN CON LA MISMA FUNCIÓN QUE SOLICITA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
119	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 2.8 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR POR CADA SENSOR DE FLUJO PROXIMAL REUSABLE, 10 SENSORES DE FLUJO PROXIMAL DESECHABLE, ESTO PARA EVITAR LAS INFECCIONES CRUZADAS, UNA DE LAS CAUSAS DE MUERTE MÁS COMUNES EN EL PAÍS. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
120	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 3.1 SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE EN DONDE EL SENSOR DE FLUJO ESTA INTERNO EN EL EQUIPO Y NO REQUIERE UNO EXTRA, DEBIDO A QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN QUE SOLICITA LA CONVOCANTE, QUE PUEDE SER CORROBORADO CON MANUALES Y FOLLETOS PROPIOS DEL FABRICANTE. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

121	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 3.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE NO SE REQUIERE UN SENSOR ADICIONAL PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION TRAQUEAL YA QUE CUENTA CON UN SENSOR INTERNO EL CUAL PERMITE AL EQUIPO HACER MEDICIÓN POR MEDIO DE LA ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN COMPENSACIÓN DE TUBO. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
122	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 3.4 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR 10 CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO QUE DISMINUYEN LA CONDENSACIÓN EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DEL AGUA Y CON DOBLE RAMA CALEFACTORA CON SISTEMA EVAQUA, PERMITIENDO EL FÁCIL MANEJO DE ESTE MISMO Y APLICANDO UNA CORRECTA TERAPIA, DE LA MARCA FISHER&PAYKEL MODELO RT380 ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
123	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 3.5 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR 10 CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO QUE DISMINUYEN LA CONDENSACIÓN EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DEL AGUA Y CON DOBLE RAMA CALEFACTORA CON SISTEMA EVAQUA, PERMITIENDO EL FÁCIL MANEJO DE ESTE MISMO Y APLICANDO UNA CORRECTA TERAPIA, DE LA MARCA FISHER&PAYKEL MODELO RT380 ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
124	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14	VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL 3.6 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR 10 CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE NEONATAL QUE DISMINUYEN LA CONDENSACIÓN EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DEL AGUA Y CON DOBLE RAMA CALEFACTORA CON SISTEMA EVAQUA, PERMITIENDO EL FÁCIL MANEJO DE ESTE MISMO Y APLICANDO UNA CORRECTA TERAPIA, DE LA MARCA FISHER&PAYKEL MODELO RT265 ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

125	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15	<p>VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO1.2 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA ACEPTACIÓN DE UN PESO MÁXIMO DE 11 KG. UN INCREMENTO MARGINAL DE PESO SE ASOCIA DIRECTAMENTE CON MAYOR CAPACIDAD DE BATERÍA, MAYOR ROBUSTEZ ESTRUCTURAL Y MAYOR MARGIN DE SEGURIDAD EN CONDICIONES DE TRANSPORTE (VIBRACIÓN, GOLPES, SUJECCIÓN A CAMILLA/VEHÍCULO) — CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS PARA UN VENTILADOR DE TRASLADO QUE OPERARÁ EN AMBULANCIAS, TRASLADOS INTERHOSPITALARIOS Y ENTORNOS HOSTILES. LA EVIDENCIA DE MERCADO Y GUÍAS TÉCNICAS MUESTRAN QUE LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE VARIAN EN PESO SEGÚN LAS PRESTACIONES Y GRADO DE PROTECCIÓN OFRECIDO; EL PESO POR SÍ SOLO NO DETERMINA LA IDONEIDAD CLÍNICA DEL EQUIPO. LA PRIORIDAD CLÍNICA EN TRASLADOS ES GARANTIZAR VENTILACIÓN ESTABLE Y CONTINUIDAD DEL SOPORTE (ADECUADA AUTONOMÍA DE BATERÍA, ALARMAS CONFIABLES Y TOLERANCIA A CONDICIONES DE TRANSPORTE). SI LA REDUCCIÓN DE PESO IMPLICARA COMPROMETER LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA, LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN EMERGENCIAS O LA ROBUSTEZ (MAYOR RIESGO DE FALLAS POR VIBRACIÓN/DESPRENDIMIENTO), ELLO REPRESENTARÍA UN RIESGO DIRECTO PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. POR TANTO, PERMITIR UNA LIGERA VARIACIÓN DE PESO QUE MEJORE AUTONOMÍA Y DURABILIDAD ES CLÍNICAMENTE PREFERIBLE A UNA RESTRICCIÓN ESTRICTA QUE REDUZCA PRESTACIONES CRÍTICAS. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES APLICABLES A VENTILADORES DE TRANSPORTE Y VENTILADORES CRÍTICOS (P. EJ. ISO 80601-2-12) SE ENFOCAN EN LA SEGURIDAD BÁSICA Y EL DESEMPEÑO ESENCIAL (PRECISIÓN, ALARMAS, CONTINUIDAD, COMPATIBILIDAD CON CIRCUITOS), NO EN UNA MASA ABSOLUTA DEL EQUIPO COMO CONDICIÓN DE USO. POR TANTO, LA ACEPTACIÓN DEBE PRIORIZAR LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL (AUTONOMÍA, MODOS VENTILATORIOS, ALARMAS, RESISTENCIA A CONDICIONES DE TRANSPORTE) POR ENCIMA DE UNA RESTRICCIÓN DE PESO QUE NO AÑADA VALOR EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD NI DESEMPEÑO CLÍNICO. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
-----	---	---------	------------	---	---





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

126	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO1.4.13 SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UN VENTILADOR DE TRANSPORTE QUE CUENTE CON DISPARO POR PRESIÓN AJUSTABLE, CONSIDERANDO EL DISPARO POR FLUJO COMO OPCIONAL, YA QUE EN EL ENTORNO DE TRASLADO LAS CONDICIONES DE MOVIMIENTO, TURBULENCIA Y FUGAS PUEDEN GENERAR FALSOS DISPAROS CUANDO SE UTILIZA ESTE MECANISMO. DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 80601-2-84:2018 (PARTICULAR REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL PERFORMANCE OF VENTILATORS FOR THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES ENVIRONMENT), EL MECANISMO DE DISPARO POR PRESIÓN ES SUFICIENTE PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA SINCRONÍA PACIENTE-VENTILADOR EN PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATALES DURANTE EL TRANSPORTE. ADICIONALMENTE, LITERATURA CLÍNICA (TOBIN, PRINCIPLES AND PRACTICE OF MECHANICAL VENTILATION, 3RD ED.) RESPALDA QUE EL TRIGGER POR PRESIÓN ES UNA ALTERNATIVA SEGURA Y CONFIABLE EN ESTE CONTEXTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
127	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO1.6.12 SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UN VENTILADOR DE TRANSPORTE QUE NO INCLUYA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE LAS TRES CURVAS DE VENTILACIÓN (VOLUMEN-TIEMPO, FLUJO-TIEMPO Y PRESIÓN-TIEMPO) COMO REQUISITO OBLIGATORIO, CONSIDERÁNDOLO OPCIONAL. EL EQUIPO PROPUESTO PERMITE MONITOREAR DE FORMA INDIVIDUAL CADA CURVA, GARANTIZANDO UNA VENTILACIÓN SEGURA Y EFICAZ EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS DURANTE TRASLADO, CUBRIENDO LOS REQUERIMIENTOS CLÍNICOS ESENCIALES. DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 80601-2-84:2018, EL MONITOREO DE PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE PRESIÓN, VOLUMEN Y FLUJO ES SUFICIENTE PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, HACIENDO QUE EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE LAS TRES CURVAS SEA COMPLEMENTARIO, PERO NO INDISPENSABLE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: ID, Description, Category, Reference, and Clarification. Rows 128-132 contain details about medical technology procurement and delivery terms.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 FONODETECTOR	PARTIDA 5 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 1.1 EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO POR EFECTO DE DOPPLER CONTINUO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
2	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 FONODETECTOR	PARTIDA 5 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 1.1.2- DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE DE: 1.1.2.1 FRECUENCIA CARDIACA FETAL, 1.1.2.2 SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO FETAL Y 1.1.2.3 INDICADOR DE BATERÍA BAJA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA PANTALLA LCD DEBE SER DE AL MENOS 1.7" Y A COLOR, PARA PERMITIR UNA VISUALIZACIÓN CLARA AL USUARIO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL, LA SEÑAL VISUAL DEL LATIDO CARDIACO FETAL Y EL INDICADOR DE BATERÍA BAJA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
3	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 FONODETECTOR	PARTIDA 5 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 3.2 AL MENOS 2 JUEGOS DE PILAS RECARGABLES (EN CASO DE USAR PILA RECARGABLE) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO. (INDICAR MARCA) PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SE DEBERÁ OFERTAR 2 JUEGOS DE PILAS RECARGABLES, UNO PARA EL FUNCIONAMIENTO INICIAL DEL EQUIPO Y UNO EXTRA PARA TENER DE RESPALDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN TOTAL SERÍAN 3 JUEGOS.
4	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 FONODETECTOR	PARTIDA FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 1.1.7 PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR MAYORES HERRAMIENTAS DE MONITOREO A LOS USUARIOS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON 3 MODOS DE OPERACIÓN: MODO MANUAL, TIEMPO REAL Y PROMEDIO, CON UN PROCESADO POR AUTOCORRELACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA CAVAL, TODA VEZ QUE EL NUMERAL 1.1.7 NO TIENE QUE VER CON LA CARACTERÍSTICA "PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN.". SI SE REFIERE AL NUMERAL 1.1.8 DE LA FICHA TÉCNICA, SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

5	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 FONODETECTOR	PARTIDA 5 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 2.2 CARGADOR DE BATERÍAS PARA PILAS RECARGABLES (DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA) O CABLE CONECTOR PARA CARGAR BATERÍA INTERCONSTRUIDA (DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA) PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE UN CARGADOR BATERÍAS PARA PILAS RECARGABLES DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA, POR LO QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR UN CARGADOR INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO PRINCIPAL MIENTRAS SE ENTREGUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, EVITANDO ASÍ QUE SE PIERDAN LAS PILAS AL RETIRARLAS Y REDUCIENDO EL COSTO DE UN SEGUNDO EQUIPO PARA CARGAR LAS PILAS.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 FONODETECTOR	PARTIDA 5 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA TÉCNICA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTOS EQUIPOS NO REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASTARA CON PRESENTAR UNA CARTA EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE ESTOS EQUIPOS SON LIBRES DE MANTENIMIENTO Y SOLO APLICARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CASO DE SER NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
7	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 FONODETECTOR	PARTIDA 5 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 2. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE ACERCA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, ¿EL TOTAL DE LOS EQUIPOS SERÁ ENTREGADO EN UN SOLO SITIO O EN VARIOS?	SU TOTALIDAD SERÁN ENTREGADOS EN EL HGR CMF NO. 1 CUERNAVACA.
8	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 FONODETECTOR	PARTIDA 5 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: ANEXO TÉCNICO E. III. PREGUNTA: CON EL FIN DE GARANTIZAR CALIDAD DE ESTE BIEN AL CONSIDERARSE EQUIPO MÉDICO, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR EL CERTIFICADO: ISO 13485, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO DEL TODO SU APRECIACIÓN, PUES DEBERÁ CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

9	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 FONODETECTOR	PARTIDA 5 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: TODOS LOS PUNTOS PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE SEAN SIMILARES O SUPERIORES Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
10	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 MONITOR DE SIGNOS VITALES	PARTIDA 8 MONITOR DE SIGNOS VITALES NUMERAL 1.1.1 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR MODULAR CON PANTALLA TÁCTIL LCD TFT DE 9 PULGADAS, TAMAÑO SUFICIENTE PARA VISUALIZAR, DISTRIBUIR Y MANTENER VIGILANCIA DE SIGNOS VITALES DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
11	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 MONITOR DE SIGNOS VITALES	PARTIDA 8 MONITOR DE SIGNOS VITALES NUMERAL 1.1.1.1 PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SER MODULAR, ESTE PODRÁ SER EXTRAÍDO E INSERTADO EN EL CUERPO DEL MONITOR SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS ADICIONALES, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
12	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE)	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE) NUMERAL 1.9.1.1 PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN UN RANGO DE 26.7°C A 43.3°C, SUFICIENTE PARA PODER DETERMINAR SITUACIONES FEBRILES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
13	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE)	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE) NUMERAL 1.9.2.2 PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA RECTAL EN AL MENOS 16 SEGUNDOS, TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER OBTENER EL VALOR DEL PARÁMETRO DE MANERA PRECISA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
14	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE)	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE) NUMERAL 1.9.2.3 PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA AXILAR EN AL MENOS 16 SEGUNDOS, TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER OBTENER EL VALOR DEL PARÁMETRO DE MANERA PRECISA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

15	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE)	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE) NUMERAL 1.17 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PUERTO USB Y/O MICROUSB PERMITIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
16	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE)	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE) NUMERAL 1.19 PREGUNTA: LA CAPACIDAD MENCIONADA CORRESPONDE A UNA MARCA EN PARTICULAR, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO OPCIONAL DICHO PUNTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
17	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE)	PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE) NUMERAL 1.20 PREGUNTA: LA CAPACIDAD MENCIONADA CORRESPONDE A UNA MARCA EN PARTICULAR, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO OPCIONAL DICHO PUNTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
18	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.3.- NORMAS	2.3.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES DICE: DEBERÁ PRESENTAR: • NOM-059-SSA1-2015, SE ACREDITARÁ CON EL REGISTRO SANITARIO. PREGUNTA: LA NOM-059-SSA1-2015 ES UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN (BPF) DE MEDICAMENTOS EN MÉXICO. ES FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICACIA DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. SIN EMBARGO, NO ES MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS, SU CONFIRMACIÓN.	ES CORRECTO SU COMENTARIO, PERO AL HABLAR DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS SE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REGISTROS SANITARIOS Y CON LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y/O ISO 13485.
19	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.3.- NORMAS	2.3.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. DEBERÁ PRESENTAR: • NOM-137-SSA1-2008, "ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS" PREGUNTA: YA QUE NO EXISTE UN CERTIFICADO QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-137-SSA1-2008, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ PRESENTAR, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, DAREMOS CUMPLIMIENTO A DICHA NORMA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSION: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item ID, Description, Category, Question/Topic, and Answer/Response. Contains three rows of clarification questions and answers regarding document submission and confidentiality.

Handwritten signature in blue ink on the right margin.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: Item number, Description of goods/services, Administrative category, Technical annex reference, and Clarification/Response text. Contains three rows of data (23, 24, 25).

Handwritten mark resembling the number '2' or a signature.

Handwritten signature or mark.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

26	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	<p>ANEXO 1 ANEXO TECNICO E) NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA... 9. PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL, PRESENTAR DOCUMENTACIÓN APROBATORIA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON "CE" O "FDA" (O EQUIVALENTE QUE APLIQUE), A NOMBRE DEL FABRICANTE.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR COMO OPCIÓN CE O FDA O CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y ORIGEN DE LOS BIENES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO QUE CORRESPONDA. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.</p>
27	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	<p>ANEXO 1 ANEXO TECNICO E) NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA... DICE: 10. PARA AQUELLOS BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN INTERNACIONAL, LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR ADICIONALMENTE, A SU PROPUESTA TÉCNICA, LA DOCUMENTACIÓN EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: B) COLOCAR COPIA SIMPLE DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN PREGUNTA: YA QUE EL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN SE OBTIENE DESPUÉS DE QUE EL LICITANTE RESULTE ADJUDICADO, QUE ES CUANDO SE IMPORTAN LOS BIENES, SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR COMO OPCIÓN, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, PRESENTAREMOS A LA ENTREGA DE LOS BIENES EL PEDIMENTO CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.</p>

[Handwritten signature]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

28	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	<p>ANEXO 1 ANEXO TECNICO E) NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA... DICE:</p> <p>14. ASIMISMO, RESPECTO BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE ESTÉN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS Y/O ACCESORIO(S), EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN A CONTRATAR" POR CADA UNO.</p> <p>PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD: REGISTRO SANITARIO, ISO 13485, FDA O CE, DE AQUELLOS EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE SE OFERTEN DE UNA MARCA DIFERENTE AL EQUIPO PRINCIPAL ¿ES CORRECTO?</p>	NO ES COMPLEMENTE CORRECTO LO CUESTIONADO, ES POR CADA UNA DE LAS PARTES/ACCESORIOS DEL EQUIPO, ESTO CON INDEPENDENCIA DE QUE SI ES O NO LA MISMA MARCA.
29	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	<p>ANEXO 1 ANEXO TECNICO E) NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA... DICE:14. ASIMISMO, RESPECTO BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE ESTÉN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS Y/O ACCESORIO(S), EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN A CONTRATAR" POR CADA UNO.</p> <p>PREGUNTA:DEBEMOS ENTENDER QUE PARA EL CASO DE CONSUMIBLES LA CALIDAD DE LOS MISMOS SE EVALUARA ÚNICAMENTE CON EL REGISTRO SANITARIO¿ES CORRECTO?</p>	NO ES COMPLEMENTE CORRECTO LO CUESTIONADO, PUES APARTE DE LOS REGISTROS SE REVISARÁ FOLLETOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD, ETC. (ASÍ CON CADA UNO DE LOS PUNTOS).





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

30	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	<p>ANEXO 1 ANEXO TECNICO E) NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA... DICE:</p> <p>14. ASIMISMO, RESPECTO BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE ESTÉN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS Y/O ACCESORIO(S), EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN A CONTRATAR" POR CADA UNO.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL EQUIPO O ACCESORIO NO REQUIERA DE REGISTRO SANITARIO, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD ¿ ES CORRECTO?</p>	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
31	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	<p>ANEXO 1 ANEXO TECNICO E) NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA... DICE: 14. ASIMISMO, RESPECTO BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE ESTÉN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS Y/O ACCESORIO(S), EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN A CONTRATAR" POR CADA UNO. PARTIDA 5 FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES PREGUNTA: EN EL CASO PARTICULAR DE ESTA PARTIDA, SE ESTÁ SOLICITANDO SE INCLUYA DOS JUEGOS DE PILAS RECARGABLES (ACORDE A LA TECNOLOGÍA OFERTADA), DADO QUE ESTOS INSUMOS NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO AL NO SER CONSIDERADOS EQUIPO MÉDICO Y QUE LOS MISMOS PUEDEN SER VISTOS COMO DE USO COMÚN, SOLICITAMOS SE PERMITA OMITIR LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA ESTOS BIENES. ¿ SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
32	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	<p>"PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA DICE: 1.1.8.2 FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES. PREGUNTA: EL DESPLIEGUE DE LAS 12 DERIVACIONES SERÁ DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO?"</p>	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

33	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	"PARTIDA 9 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA DICE: 1.1.8.2 FUNCIO	"PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVADICE: 1.1.8.3 MONITOREO Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS PREGUNTA: CON EL OBJETIVO DE PERMITIR LA DETECCIÓN OPORTUNA DE EVENTOS DE ISQUEMIA EN PACIENTES CRÍTICOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE EL DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN UN MULTIEJE CIRCULAR, ¿SE ACEPTA?"	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL. TODA INFORMACIÓN TÉCNICA DEBERÁ TENER COHERENCIA.
34	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	"PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA DICE: 1.1.9 MONITOREO DE SPO2 PREGUNTA: CON EL OBJETIVO DE PERMITIR UNA MEJOR MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INTEGRE LA MEDICIÓN DE ÍNDICE DE PERFUSIÓN MEDIANTE EL MISMO SENSOR DE SPO2 COLOCADO EN EL PACIENTE EL CUAL PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTE PULSÁTIL DE LA SEÑAL MEDIDA GENERADA POR EL FLUJO SANGUÍNEO ARTERIAL DE LA PULSACIÓN, ¿SE ACEPTA?"	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
35	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	"PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA DICE: 1.1.8.4 DETECCIÓN DE POR LO MENOS 10 ARRITMIAS. PREGUNTA: LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES DEL MERCADO PERMITEN UNA MEJOR Y MAYOR CLASIFICACIÓN DE ARRITMIAS EN PACIENTES CRÍTICOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA DETECCIÓN DE AL MENOS 20 ARRITMIAS, ¿SE ACEPTA?"	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
36	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9	"PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA DICE: 1.1.14 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES. PREGUNTA: CON EL OBJETIVO DE PERMITIR UN FLUJO DE TRABAJO MAS EFICIENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALARMAS DE ACUERDO AL ESTADO FISIOLÓGICO DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?"	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS TRIANA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3 PROPOSICIONES CONJUNTAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA SIGUIENTE PETICIÓN:EN EL NUMERAL 3.3 "PROPOSICIONES CONJUNTAS", SE HACE REFERENCIA AL LLENADO DEL ANEXO 13. RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR DICHO ANEXO CON UNA LEYENDA O MARCA DE AGUA EN LA QUE SE INDIQUE QUE ESTE REQUISITO NO APLICA PARA NUESTRA REPRESENTADA, Y QUE ELLO NO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

2	SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS TRIANA SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO	CON BASE EN EL DOCUMENTO "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO: OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO", EN EL PUNTO 1.1.8, SE ESTABLECE: "CON ILUMINACIÓN LED DE 4000 A 6500K (INDICAR NÚMERO DE PARTE)." EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ILUMINACIÓN LED DE 3800K, LA CUAL PROPORCIONA UNA TONALIDAD CÁLIDA QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO PARA EL PACIENTE Y OFRECE UN CONTRASTE MÁS CONFORTABLE PARA EL EXAMINADOR, SIN AFECTAR LA CALIDAD DIAGNÓSTICA, REPRESENTANDO ASÍ UNA ALTERNATIVA FUNCIONAL Y SEGURA FRENTE AL RANGO ESPECIFICADO.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
3	SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS TRIANA SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO	CON BASE EN EL DOCUMENTO "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO: OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO", EN EL PUNTO 3.1 SE ESTABLECE: "LÁMPARA DE REPUESTO EN EL CASO DE OFERTAR TECNOLOGÍA XENÓN HALÓGENA (INDICAR NÚMERO DE PARTE)." EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ESTE REQUISITO APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CASOS DONDE SE OFERTE EQUIPO CON DICHA TECNOLOGÍA, CONSIDERANDO QUE NUESTRA PROPUESTA INCORPORA TECNOLOGÍA LED, LA CUAL NO REQUIERE LÁMPARAS DE REPUESTO.	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
4	SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS TRIANA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICOCODUNTOS A INTEGRAR EN LA PROPUESTA	CON BASE EN EL DOCUMENTO "ANEXO TÉCNICO. BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025", EN EL PUNTO 13, REFERENTE A LOS DOCUMENTOS A INTEGRAR EN LA PROPUESTA, SE ESTABLECE: "CARTA DE GARANTÍA DONDE SE INDIQUE QUE EL PLAZO DE GARANTÍA ... ASÍ COMO CUALQUIER CORRECTIVO DURANTE EL MISMO TIEMPO TAL Y COMO SE DESCRIBE EN ESTA REQUISICIÓN". EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI EL ALCANCE DE LOS CORRECTIVOS SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE A DEFECTOS DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO, CONSIDERANDO QUE NO SERÍA POSIBLE INCLUIR MANTENIMIENTOS POR DESGASTE NATURAL NI AQUELLOS DERIVADOS DE UN USO INADECUADO POR PARTE DEL USUARIO. ESTA ACLARACIÓN PERMITIRÁ A LOS LICITANTES PRESENTAR PROPUESTAS ALINEADAS CORRECTAMENTE CON LOS TÉRMINOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

5	SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS TRIANA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES 4.2. CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO 4.2.11	EN EL PUNTO SEÑALADO SE MENCIONA LO SIGUIENTE: "CUANDO LA PERSONA FÍSICA O MORAL SE ENCUENTRE DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP". RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI, EN NUESTRO CASO COMO INTERESADOS, CORRESPONDE ENTREGAR UN ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO DICHA SITUACIÓN, O BIEN, EN CASO CONTRARIO, PRECISAR LA FORMA EN QUE DEBERÁ CUMPLIRSE CON ESTE REQUISITO.	LOS PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEBERAN, CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA. EL PUNTO 4.2 DE LA CONVOCATORIA INFORMA LOS CUALES POR LOS CUALES SE PODRA DESECHAR SU PROPUESTA, AL INCUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS. EN CUANTO A LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP. SE PONE A DISPOSICION PARA SU LLENADO EL ANEXO 5.- ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DONDE SE INDICA QUE EL QUE SUSCRIBE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DE LOS ART. 71 Y 90 DE LA LAASSP. MISMO QUE DEBERA SER ENVIADO EN SU PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA. POR LO QUE DE ENCONTRARSE BAJO ESTE SUPUESTO, SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO
6	SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS TRIANA SA DE CV	OTROS	TERMINOS Y CONDICIONES PARRAFO 5	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN CONSIDERAR LA ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES DENTRO DE UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, EN LUGAR DEL PLAZO INICIALMENTE ESTABLECIDO (30 DIAS)	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
7	SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS TRIANA SA DE CV	OTROS	TERMINOS Y CONDICIONES PUNTO 13	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI, CONFORME AL PUNTO 13 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, ES OBLIGATORIO PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE QUE MANIFIESTE LO SOLICITADO EN DICHO NUMERAL.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13. PUNTO 1.17	PARA ESTE NIVEL DE EQUIPO UNA PANTALLA TAN PEQUEÑA ES OBSOLETA, SUGERIMOS SEA DE 12" O MAYOR, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
2	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13. PUNTO 1.23	ENTENDEMOS QUE LA FUSION NO ES LA COMPARACION DE IMÁGENES. ADEMÁS QUE DEBEMOS INCLUIR EL HARDWARE NECESARIO PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA AGUJA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 13. PUNTO 1.25	ENTENDEMOS QUE LOS 500 GB SON PARA ALMACENAR IMÁGENES Y NO INCLUYE EN ESTA CAPACIDAD EL SOFTWARE DE PROGRAMAS NI SISTEMA OPERATIVO, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSION: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

Table with 5 columns: ID, Description, Category, Reference, Question, and Answer. Contains 8 rows of clarification questions and responses regarding technical specifications for telecommunication equipment.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes en la dirección electrónica: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/ Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

De conformidad con los artículos 44 antepenúltimo párrafo de la Ley, se da por terminada la presente junta, siendo las nueve horas con diez minutos del tres de octubre del dos mil veinticinco, informando a los asistentes que la reanudación de la junta de aclaraciones se realizara el día tres de octubre del dos mil veinticinco en punto de las quince horas con diez minutos, a través de la plataforma digital de contrataciones públicas compras MX, plazo que los licitantes tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas con fundamento en el Artículo 46 Fracción II del Reglamentos de la LAASSP.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Esta Acta consta de ciento tres hojas y ciento quince anexos, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LIC. JORGE LUIS LUNA HAM (with signature)





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTATAL MORELOS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050-GYR-050GYR007-T-345-2025 BIENES DE INVERSIÓN: EQUIPAMIENTO SINIESTRADO, MORELOS 2025.

JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE.	LIC. RODRIGO RANGEL CAPETILLO
COORDINADOR DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DEL OOAD MORELOS REPRESENTANTE DEL ÁREA TECNICA	I.B. JORGE SUÁREZ ARREOLA, COORDINADOR DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DEL OOAD MORELOS
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	NO ASISTIÓ

----- FIN DEL ACTA -----



2025
Año de



EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 3 de octubre de 2025 a las 09:03

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: E-2025-00086822

Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-T-345-2025

Número de junta: 1

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	ADALU INGENIERIA SA DE CV	30 de septiembre de 2025 a las 12:01		NO	NO
2	ALEJANDRO MASCORRO PACHECO	26 de septiembre de 2025 a las 10:45		NO	NO
3	ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 16:28	26 de septiembre de 2025 a las 16:28	SI	NO
4	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	29 de septiembre de 2025 a las 08:09	29 de septiembre de 2025 a las 08:09	NO	NO
5	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	2 de octubre de 2025 a las 14:39		NO	NO
6	ASMITA MEDICA SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 14:22		NO	NO
7	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 16:26	26 de septiembre de 2025 a las 16:27	NO	NO



2025
Año de
La Mujer Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>



8	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 11:37	26 de septiembre de 2025 a las 11:38	SI	NO
9	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	27 de septiembre de 2025 a las 21:22		NO	NO
10	COMPANÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 11:00	26 de septiembre de 2025 a las 11:01	SI	NO
11	CONDUIT LIFE SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 11:27	26 de septiembre de 2025 a las 11:28	SI	NO
12	DIMS INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	1 de octubre de 2025 a las 12:24		NO	NO
13	DISTRIBUCIONES ANRO SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 13:01	26 de septiembre de 2025 a las 13:02	NO	NO
14	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 20:34	28 de septiembre de 2025 a las 19:29	SI	NO
15	DTM TECNOLOGIAS SA DE CV	29 de septiembre de 2025 a las 12:09	29 de septiembre de 2025 a las 12:10	NO	NO
16	EYM SOLUTIONS SA DE CV	25 de septiembre de 2025 a las 17:50		NO	NO
17	GARKEN MEDICAL SA DE CV	30 de septiembre de 2025 a las 11:49		NO	NO
18	GEODATA EN LA NUBE SA DE CV	30 de septiembre de 2025 a las 15:51		NO	NO
19	GRUPO EOLICA SA DE CV	30 de septiembre de 2025 a las 13:03		NO	NO





20	GRUPO REINET SA DE CV	29 de septiembre de 2025 a las 08:18		NO	NO
21	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	28 de septiembre de 2025 a las 18:36	28 de septiembre de 2025 a las 18:36	SI	NO
22	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 17:13	26 de septiembre de 2025 a las 17:13	SI	NO
23	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 15:40	28 de septiembre de 2025 a las 17:44	SI	NO
24	MEDIXSA SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 10:51	28 de septiembre de 2025 a las 21:23	NO	NO
25	MELJCROM SA DE CV	29 de septiembre de 2025 a las 11:22		NO	NO
26	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	28 de septiembre de 2025 a las 23:20	28 de septiembre de 2025 a las 23:21	NO	NO
27	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 12:36		NO	NO
28	RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV	30 de septiembre de 2025 a las 20:54		NO	NO
29	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 09:21		NO	NO
30	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 10:48	26 de septiembre de 2025 a las 14:01	SI	NO





31	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	29 de septiembre de 2025 a las 15:06	29 de septiembre de 2025 a las 15:07	NO	NO
32	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 15:26	29 de septiembre de 2025 a las 10:15	NO	NO
33	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 13:28	26 de septiembre de 2025 a las 13:29	NO	NO
34	SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS TRIANA SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 16:10	26 de septiembre de 2025 a las 16:11	SI	NO
35	SUPLY PHARMA SA DE CV	1 de octubre de 2025 a las 17:34		NO	NO
36	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 09:51		NO	NO
37	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 11:13	26 de septiembre de 2025 a las 11:14	SI	NO
38	VITER MEDICAL SA DE CV	26 de septiembre de 2025 a las 10:23	26 de septiembre de 2025 a las 10:24	NO	NO
39	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	25 de septiembre de 2025 a las 19:39		NO	NO

