



ACTA REPREGUNTAS Y CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

En el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo las **14:30** horas del día **24 de Octubre del 2025**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat número 327, código postal 71230 en el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 Y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como a lo establecido en el punto **4** de la Convocatoria antes mencionada.

En uso de la palabra la **L.A.E. Sandra Isela Barzalobre Aragón, Encargada de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, quien es autoridad competente para presidir el presente acto, de conformidad con los **Artículos 134 párrafos 6 y 7 Constitucional, 43 Y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**, en relación al **Artículo 3 Fracción II del Reglamento de la referida Ley, Artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social**, en correlación con el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y quien preside este evento, dio la bienvenida e hizo la presentación de los servidores públicos, declarando formalmente iniciado el mismo.

Se comunica a los interesados que de conformidad con los artículos **43 y 44** de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de Compras Mx, por sí o en representación de un tercero y **cuyas repreguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.**

Quien preside el acto, fue asistido por el servidor público facultado como representante del Área Técnica de la presente convocatoria.



**ACTA REPREGUNTAS Y CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Una vez efectuado lo anterior, se procedió a la apertura de la bóveda de **Compras MX** a fin de verificar el envío y en su caso la recepción de preguntas presentadas por este medio de comunicación electrónica; **constatándose la Existencia de repreguntas** por este medio, formando parte de esta acta el reporte emitido por dicho sistema.

Listado de Repreguntas						
Núm.	Licitante	Pregunta de referencia	Repregunta	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
1	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	PREGUNTA DEL LICITANTE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA NUMERAL 2.1	REFERENTE A LA RESPUESTA OTORGADA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS NOS PERMITA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA JUNTO CON EL ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SE DEBEA ACOMPAÑAR CON EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, EN CASO DE BIENES DE IMPORTACIÓN SEGÚN DEL PAÍS QUE CORRESPONDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?	23/10/2025 11:21		Responder
2	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	PREGUNTA DEL LICITANTE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA NUMERAL 2.1	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS NOS INDIQUE QUE DOCUMENTO SE PUEDE PRESENTAR EN CASO DE BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO POR SU NATURALEZA. AGRADECEREMOS SU AMABLE RESPUESTA.	23/10/2025 11:21		Responder
3	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	PREGUNTA DEL LICITANTE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX S.A. DE CV. PREGUNTA NUMERAL 2.3 PARA BIENES INTERNACIONALES (INCISO B)	ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBEN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS FDA O CE, SEGÚN CORRESPONDA EL ORIGEN DEL BIEN DE MANERA OBLIGATORIA Y EL CERTIFICADO ISO 13485 ES SOLO ADICIONAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	23/10/2025 11:21		Responder
4	SERVICIOS MÉDICOS Y TÉCNICOS SA DE CV	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE REFERENTE AL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO LA PARTIDA NÚMERO 418 CLAVE 379-222-0638-00-01 REM-PLACA ADULTO SIN CABLE. PRESENTACIÓN: CAJA CON 50 PIEZAS. NÚMERO DE CATALOGO: E7509. PARA USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. CLAVE: 531.328.0116.02.01. MARCA: COVIDEN (VALLEYLAB). MODELO: FORCE FX - CS. NOS PERMITA OFERTAS 10 CABLES REUSABLES POR CADA CAJA CON 50 PIEZAS SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	23/10/2025 10:38		Responder
5	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	PREGUNTA DEL LICITANTE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX S.A. DE CV. PREGUNTA NUMERAL 2.3 PARA BIENES INTERNACIONALES (INCISO B)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, PUBLICADO EN EL DOF EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	23/10/2025 11:21		Responder

La convocante con fundamento en el **artículo 43 y 44** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, realiza las siguientes precisiones a las bases de la Convocatoria.

**DICE:**

**ANEXO 1 “A” NOTAS TÉCNICAS**

(Solo se mencionan las partidas que se actualizará del apartado “ANEXO 1 “A” NOTAS TÉCNICAS - DEBE DECIR:” de la anterior Junta de Aclaraciones, las claves que no aparezcan, no implica que se están eliminando, si no que las claves no mencionadas en este apartado de Repreguntas no sufren cambios respecto del anterior apartado “ANEXO 1 “A” NOTAS TÉCNICAS - DEBE DECIR:”, y solo los datos que aparecen actualmente son los que se actualizan)

Nota Técnica	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal	379	017	1353	00	01	ADAPTADOR PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8411130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÁGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850.
Compatible con central de monitoreo	379	017	2062	00	02	ADAPTADOR MULTIPARAMETRO MULTIMED 5 (LONGITUD: 1.5 M), CON CONECTOR RECTANGULAR AL EQUIPO Y CON RECEPTACULO PARA ACOMODAR CABLE DE 3 O 5



**ACTA REPREGUNTAS Y CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Infinity Vista XL						DERIVACIONES ECG, UNA SONDA DE TEMPERATURA (O DOS CON PIEZA. EN "Y"), Y CABLE DE EXTENSION PARA SPO2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5950196. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.01.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL	379	017	2088	00	01	ADAPTADOR PARA ECG PARA CONECTAR EL MONOLEAD 3/5 AL ADAPTADOR MULTIMED 5. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14679. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL	379	017	2120	00	01	ADAPTADOR PARA PRESION SANGUINEA INVASIVA, DE 10 A 7 CLAVIJAS. CONECTA LOS CABLES PARA TRANSDUCTORES DE PRESION (DE 10 CLAVIJAS) AL MONITOR (CONFIGURADO CON ENTRADA DE 7 CLAVIJAS). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3368383. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY VISTA XL
Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL	379	156	4283	00	01	CABLE PACIENTE PARA ECG, MONOLEAD 5, DOS ESPIGAS, EXTREMIDAD, CODIGO; IEC1. COMPATIBLE CON EL ADAPTADOR MULTIPARAMETRO MULTIMED 3/5/6/12. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS16161. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850	379	200	1764	00	01	CIRCUITO DESECHABLE DE PACIENTE NEONATAL CON CALENTAMIENTO VENTSTAR HEATED (N) CAJA / 10 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: MP00308. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850	379	200	2564	00	01	CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL CORRUGADO DESECHABLE 10MM DIAMETRO INTERNO MATERIAL EVA, GRADO MEDICO COLOR BLANCO NATURAL RAMA ESPIRACION, AZUL RAMA INSPIRACION CON CALENTADOR DE TUBO EN AMBAS RAMAS Y CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL DESECHABLE DE POLICARBONATO VOLUMEN MAXIMO DE 150ML PRESENTACION: CAJA CON 10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: P6DZ00022. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850	379	200	3521	00	01	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL. CABLE CALEFACTOR EN ESPIRAL DOBLE EN RAMA INSPIRATORIA COLOR AZUL Y TRAMPA DE AGUA EN RAMA EXHALATORIA COLOR BLANCA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION, LINEA DE PRESION Y KIT DE ADAPTADORES. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RT225. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850	379	200	4533	00	00	CIRCUITO RESPIRATORIO CALEFACTADO EN LA RAMA INSPIRATORIA Y TRAMPA DE AGUA EN LA RAMA ESPIRATORIA. PARA PACIENTES NEONATALES CON UN VOLUMEN TIDAL DE MAXIMO DE 100 ML. DESECHABLE. DIMENSIONES: 1.7 M DE LONGITUD, CON CAMARA DE HUMIDIFICACION. COMPATIBLE CON EL HUMIDIFICADOR DE FISHER & PAYKEL MR850. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP02608. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA INFINITY V500, EVITA V600, EVITA V800. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600	379	360	4237	00	00	FILTRO ELECTROSTATICO PARA SISTEMA RESPIRATORIO + (HME) INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD TWINSTAR, PARA PACIENTES PEDIATRICOS/ NEONATALES.



**ACTA REPREGUNTAS Y CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

en modo neonatal						DESECHABLE, 9 ML DE ESPACIO MUERTO. PRESENTACION: PAQUETE CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP05820. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: DRAGER. MODELO: OXYLOG 3000 PLUS. VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA 300.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal	379	561	3771	00	00	KIT DE CONSUMIBLES PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL TAMAÑO S, DESECHABLE, CONTIENE: 10 (DIEZ) PIEZAS BABYFLOW PLUS, TAMAÑO S, 2 (DOS) PIEZAS DE GAFAS NASALES TAMAÑO XS, 2 (DOS) GAFAS NASALES TAMAÑO: S, 2 (DOS) GAFAS NASALES TAMAÑO M, 2 (DOS) GAFAS NASALES N.3, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO S, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO M, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO L, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑO XXS, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑO XS, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑOS, 1 (UNA) CINTA METRICA Y 1 (UN) CALIBRADOR DE TAMAÑO, 20 (VEINTE) CONECTOR BLANDO N. PRESENTACION: KIT. NUMERO DE CATALOGO: MP03703. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS.
Compatible con modelo ATLAN A300	379	808	1109	00	01	SENSOR DE DEDO PARA SATURACION OXIGENO MARCA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DS100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.
Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL	379	808	2008	00	01	SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5204644. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY VISTA XL.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal	379	808	2230	00	01	SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8410179. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal	379	808	2800	00	01	SENSOR DE FLUJO PIEZA EN Y. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 8410185. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
Compatible con modelo ATLAN A300	379	808	2834	00	02	SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850930. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.
Compatible con ventilador EVITA V300 Adulto	379	808	2842	00	01	SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850645. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
Compatible con modelo ATLAN A300	379	808	2859	00	02	SENSOR DE TEMPERATURA DE ADULTO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: M35372. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE.531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.
Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL	379	808	3436	00	01	SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP DE TECNOLOGIA DRAGER, PARA EL DEDO, PEDIATRICO/ADULTO. REUSABLE. PARA SU USO EN PACIENTES CON PESO MAYOR A 30 KG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS13235. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
Compatible con	379	808	4988	00	02	SENSOR DE FLUJO SPIROLOG, MEDICION DE FLUJO EN RAMAS INSPIRATORIA Y



**ACTA REPREGUNTAS Y CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

modelo ATLAN A300						ESPIRATORIA. PRESENTACION: CAJA/5 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8403735. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
Modelo Guardian Sensor (3) - REF: MMT-7020	379	808	8328	00	00	SENSOR SUBCUTANEO PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA INTERSTICIAL ESTERIL DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MMT - 7020C1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: BOMBA PARA LA ADMINISTRACION SUBCUTANEA DE INSULINA. CLAVE: 531.140.0369. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: 640G. 670G.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal	379	817	0324	00	00	PAQUETE DE DEMOSTRACION BABYFLOW PLUS, DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO, PARA LA APLICACION DE CPAP NASAL O ASISTENCIA RESPIRATORIA NO INVASIVA. PARA PACIENTES CON RESPIRACION ESPONTANEA Y UN PESO CORPORAL DE HASTA 10 KG (22.05 LB). PRESENTACION: PIEZA. MARCAS COMPATIBLES: AVEA, NEUMOVENT, HAMILTON, MAQUET, PERLONG. NUMERO DE CATALOGO: MP03704. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO / NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS. VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA INFINITY V500, EVITA V600, EVITA V800.
Compatible con modelo ATLAN A300	379	892	0181	00	02	TRAMPA DE AGUA WATERLOCK2. PRESENTACION: CAJA / 12 PZS. NUMERO DE CATALOGO: 6872130. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.

**DEBE DECIR:**

**ANEXO 1 "A" NOTAS TÉCNICAS**

	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal (no requiere equipo en comodato)	379	017	1353	00	01	ADAPTADOR PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8411130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850.
Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL (no requiere equipo en comodato)	379	017	2062	00	02	ADAPTADOR MULTIPARAMETRO MULTIMED 5 (LONGITUD: 1.5 M), CON CONECTOR RECTANGULAR AL EQUIPO Y CON RECEPTACULO PARA ACOMODAR CABLE DE 3 O 5 DERIVACIONES ECG, UNA SONDA DE TEMPERATURA (O DOS CON PIEZA. EN "Y"), Y CABLE DE EXTENSION PARA SPO2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5950196. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.01.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL (no requiere equipo en comodato)	379	017	2088	00	01	ADAPTADOR PARA ECG PARA CONECTAR EL MONOLEAD 3/5 AL ADAPTADOR MULTIMED 5. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14679. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL (no requiere equipo en comodato)	379	017	2120	00	01	ADAPTADOR PARA PRESION SANGUINEA INVASIVA, DE 10 A 7 CLAVIJAS. CONECTA LOS CABLES PARA TRANSDUCTORES DE PRESION (DE 10 CLAVIJAS) AL MONITOR (CONFIGURADO CON ENTRADA DE 7 CLAVIJAS). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3368383. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY VISTA XL
Compatible con central de monitoreo	379	156	4283	00	01	CABLE PACIENTE PARA ECG, MONOLEAD 5, DOS ESPIGAS, EXTREMIDAD, CODIGO; IEC1. COMPATIBLE CON EL ADAPTADOR MULTIPARAMETRO MULTIMED 3/5/6/12.



**ACTA REPREGUNTAS Y CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Infinity Vista XL (no requiere equipo en comodato)						PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS16161. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850 (no requiere equipo en comodato)	379	200	1764	00	01	CIRCUITO DESECHABLE DE PACIENTE NEONATAL CON CALENTAMIENTO VENTSTAR HEATED (N) CAJA / 10 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: MP00308. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850 (no requiere equipo en comodato)	379	200	2564	00	01	CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL CORRUGADO DESECHABLE 10MM DIAMETRO INTERNO MATERIAL EVA, GRADO MEDICO COLOR BLANCO NATURAL RAMA ESPIRACION, AZUL RAMA INSPIRACION CON CALENTADOR DE TUBO EN AMBAS RAMAS Y CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL DESECHABLE DE POLICARBONATO VOLUMEN MAXIMO DE 150ML PRESENTACION: CAJA CON 10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: P6DZ00022. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850 (no requiere equipo en comodato)	379	200	3521	00	01	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL. CABLE CALEFACTOR EN ESPIRAL DOBLE EN RAMA INSPIRATORIA COLOR AZUL Y TRAMPA DE AGUA EN RAMA EXHALATORIA COLOR BLANCA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION, LINEA DE PRESION Y KIT DE ADAPTADORES. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RT225. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850 (no requiere equipo en comodato)	379	200	4533	00	00	CIRCUITO RESPIRATORIO CALEFACTADO EN LA RAMA INSPIRATORIA Y TRAMPA DE AGUA EN LA RAMA ESPIRATORIA. PARA PACIENTES NEONATALES CON UN VOLUMEN TIDAL DE MAXIMO DE 100 ML. DESECHABLE. DIMENSIONES: 1.7 M DE LONGITUD, CON CAMARA DE HUMIDIFICACION. COMPATIBLE CON EL HUMIDIFICADOR DE FISHER & PAYKEL MR850. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP02608. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA INFINITY V500, EVITA V600, EVITA V800. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal (no requiere equipo en comodato)	379	360	4237	00	00	FILTRO ELECTROSTATICO PARA SISTEMA RESPIRATORIO + (HME) INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD TWINSTAR, PARA PACIENTES PEDIATRICOS/ NEONATALES, DESECHABLE, 9 ML DE ESPACIO MUERTO. PRESENTACION: PAQUETE CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP05820. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: DRAGER. MODELO: OXYLOG 3000 PLUS. VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA 300.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal (no requiere equipo en comodato)	379	561	3771	00	00	KIT DE CONSUMIBLES PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL TAMAÑO S, DESECHABLE, CONTIENE: 10 (DIEZ) PIEZAS BABYFLOW PLUS, TAMAÑO S, 2 (DOS) PIEZAS DE GAFAS NASALES TAMAÑO XS, 2 (DOS) GAFAS NASALES TAMAÑO: S, 2 (DOS) GAFAS NASALES TAMAÑO M, 2 (DOS) GAFAS NASALES N.3, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO S, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO M, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO L, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑO XXS, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑO XS, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑOS, 1 (UNA) CINTA METRICA Y 1 (UN) CALIBRADOR DE TAMAÑO, 20 (VEINTE) CONECTOR BLANDO N. PRESENTACION: KIT.



**ACTA REPREGUNTAS Y CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

						NUMERO DE CATALOGO: MP03703. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS.
Compatible con modelo ATLAN A300 (no requiere equipo en comodato)	379	808	1109	00	01	SENSOR DE DEDO PARA SATURACION OXIGENO MARCA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DS100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.
Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL (no requiere equipo en comodato)	379	808	2008	00	01	SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5204644. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY VISTA XL.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal (no requiere equipo en comodato)	379	808	2230	00	01	SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8410179. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal (no requiere equipo en comodato)	379	808	2800	00	01	SENSOR DE FLUJO PIEZA EN Y. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 8410185. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
Compatible con modelo ATLAN A300 (no requiere equipo en comodato)	379	808	2834	00	02	SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850930. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.
Compatible con ventilador EVITA V300 Adulto (no requiere equipo en comodato)	379	808	2842	00	01	SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850645. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
Compatible con modelo ATLAN A300 (no requiere equipo en comodato)	379	808	2859	00	02	SENSOR DE TEMPERATURA DE ADULTO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: M35372. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE.531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.
Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL (no requiere equipo en comodato)	379	808	3436	00	01	SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP DE TECNOLOGIA DRAGER, PARA EL DEDO, PEDIATRICO/ADULTO. REUSABLE. PARA SU USO EN PACIENTES CON PESO MAYOR A 30 KG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS13235. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
Compatible con modelo ATLAN A300 (no requiere equipo en comodato)	379	808	4988	00	02	SENSOR DE FLUJO SPIROLOG, MEDICION DE FLUJO EN RAMAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA. PRESENTACION: CAJA/5 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8403735. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
Modelo Guardian Sensor (4) - REF: MMT-7040A	379	808	8328	00	00	SENSOR SUBCUTANEO PARA MEDICION DE GLUCOSA INTERSTICIAL ESTERIL DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MMT - 7020C1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: BOMBA PARA LA ADMINISTRACION SUBCUTANEA DE INSULINA. CLAVE: 531.140.0369. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: 640G. 670G.
Para uso en ventilador Drager EVITA V600	379	817	0324	00	00	PAQUETE DE DEMOSTRACION BABYFLOW PLUS, DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO, PARA LA APLICACION DE CPAP NASAL O ASISTENCIA RESPIRATORIA NO INVASIVA.



ACTA REPREGUNTAS Y CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

en modo neonatal (no requiere equipo en comodato)						PARA PACIENTES CON RESPIRACION ESPONTANEA Y UN PESO CORPORAL DE HASTA 10 KG (22.05 LB). PRESENTACION: PIEZA. MARCAS COMPATIBLES: AVEA, NEUMOVENT, HAMILTON, MAQUET, PERLONG. NUMERO DE CATALOGO: MP03704. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO / NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS. VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA INFINITY V500, EVITA V600, EVITA V800.
Compatible con modelo ATLAN A300 (no requiere equipo en comodato)	379	892	0181	00	02	TRAMPA DE AGUA WATERLOCK2. PRESENTACION:CAJA / 12 PZS. NUMERO DE CATALOGO: 6872130. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.

.....

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 numeral I, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al punto 4 de la Convocatoria, se procedió a dar respuesta a todas y cada una de las REPREGUNTAS presentadas en tiempo y forma por el licitante participante, las cuales se transcriben íntegramente con el nombre del licitante que las manifiesta, y sus respectivas respuestas, anexándose al expediente de esta licitación, los escritos presentados por los licitantes que contienen éstas, rubricada por los servidores Públicos presentes en este acto.

**LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV**

Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	PREGUNTA DEL LICITANTE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA NUMERAL 2.1	REFERENTE A LA RESPUESTA OTORGADA POR PARTE DE LA CONVOCANTE , SOLICITAMOS NOS PERMITA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA JUNTO CON ES ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SE DEBERÁ ACOMPAÑAR CON EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN , EN CASO DE BIENES DE IMPORTACIÓN SEGÚN DEL PAÍS QUE CORRESPONDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?	Se acepta añadir adicionalmente el Certificado de Buenas Practicas de fabricación, como complemento a la referencia especificada, sin ser obligatorio o limitante para el resto de licitantes.
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	PREGUNTA DEL LICITANTE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS NOS INDIQUE QUE DOCUMENTO SE PUEDE PRESENTAR EN CASO DE BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO POR SU NATURALE. AGRADECEMOS SU AMABLE RESPUESTA.	Para bienes que no requieren Registro Sanitario, bastará con presentar la evidencia de encontrarse dentro del "ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características



**ACTA REPREGUNTAS Y CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

	NUMERAL 2.1		propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario." publicado en el DOF o presentar escrito firmado por COFEPRIS en el cual especifique que no requiere registro sanitario.
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	PREGUNTA DEL LICITANTE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX S.A. DE C.V. PREGUNTA NUMERAL 2.3 PARA BIENES INTERNACIONALES INCISO B)	ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBEN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS FDA Ó CE, SEGÚN CORRESPONDA EL ORIGEN DEL BIEN DE MANERA OBLIGATORIA Y EL CERTIFICADO ISO 13485 ES SOLO ADICIONAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación, lo cual es aplicable solo para los bienes que requieran registro sanitario.
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	PREGUNTA DEL LICITANTE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX S.A. DE C.V. PREGUNTA NUMERAL 2.3 PARA BIENES INTERNACIONALES INCISO B)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO., PUBLICADO EN EL DOF EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta sin ser limitante u obligatorio para el resto de licitantes.

**LICITANTE: SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV**

Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE REFERENTE AL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO LA PARTIDA NUMERO 418 CLAVE 379.222.0638.00.01 REM-PLACA ADULTO SIN CABLE. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7509. PARA USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CLAVE: 531.328.0116.02.01. MARCA: COVIDIEN (VALLEYLAB). MODELO: FORCE FX - CS. NOS PERMITA OFERTAR 10 CABLES REUSABLES POR CADA CAJA CON 50 PIEZAS SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta sin ser limitante u obligatorio para el resto de licitantes.

De conformidad con el inciso c) del numeral 4 de las bases y al penúltimo párrafo del artículo **43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**, se informa a los licitantes que las aclaraciones a la Convocatoria, así como las modificaciones derivadas del acta de junta de aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.



ACTA REPREGUNTAS Y CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Se hace la observación que por parte del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejoras de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones se tuvo conocimiento y participación de la presente acta de manera virtual. Así mismo, se informa que no hubo participación por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos.

Asimismo, se **Rectifica** que el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el **día 30 de octubre de 2025**, será de forma electrónica en la plataforma de **Compras MX** a las **10:00** horas.

Después de dar lectura a la presente Acta, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto de la Junta de Aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MÉDICOS Y ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2025**; levantando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, con fundamento en el **artículo 44 último párrafo y 50** de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron, informándoles que podrán consultarla a través de la **Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX (buengobierno.gob.mx)**

**RÚBRICAS.**  
**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

 _____ LAE. Sandra Isela Barzalobre Aragón Encargada de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	 _____ Lic. Ernesto Antonio Hooper Avizur Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
 _____ Ing. Juan Alberto Torres Bautista Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	 _____ Lic. María de la Cruz Macías de la Huerfana Supervisor de Proyectos EZ