



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

En el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca siendo las **11:00 horas** del día **lunes 08 de junio del presente**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de este ÓOAD, ubicado en Boulevard Nuunita Nu Yoo N°1227 Cabecera Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, código postal 71230 en el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman la presente acta, con objeto de llevar a cabo el **acto de presentación y apertura de proposiciones**, motivo de esta licitación al rubro señalada, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), en concordancia con los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5 de las bases de la Convocatoria antes mencionada.

En uso de la palabra la **LAE. Sandra Isela Barzalobre Aragón, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento** quien es autoridad competente para presidir el presente acto, de conformidad con los artículos 6, 7 y 134 Constitucional, artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación al artículo 3 Fracción III del Reglamento de la referida Ley, Artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, declarando formalmente iniciado el mismo, con fundamento en el artículo 92 del Reglamento de la Ley, verificando el envío de proposiciones en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras, comprobándose la existencia de **CUATRO PROPUESTAS** como se muestra en la siguiente pantalla:

Dos licitantes que presentaron propuestas a través de la **Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal**:





ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

Procedimiento IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026

Código del expediente E-2026-00059701	Número de procedimiento de contratación ② IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026	Estatus del procedimiento de contratación. ② EN APERTURA
Código interno del procedimiento P-2026-00045540	Nombre del procedimiento de contratación SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RAD	

Licitantes que han presentado proposición:
4

Datos Generales Requerimientos Participantes Solicitudes de aclaración **Proposiciones** Evaluación Configuración de OSD Fallo Datos relevantes del contrato Bitácora de acciones

Apertura de proposiciones

Exportar listado Descarga

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro de participación	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de evaluación	Estatus de revisión	Acciones
1	ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI SA DE CV	01/06/2026 22:05	06/06/2026 00:58	08/06/2026 13:36		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
2	CONDUIT LIFE SA DE CV	01/06/2026 22:05	05/06/2026 18:27	08/06/2026 13:36		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
3	DISEÑOS POR TU SALUD EN MEDICINA SA DE CV	01/06/2026 22:05	06/06/2026 21:12	08/06/2026 13:36		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
4	LIDERES EN COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV	01/06/2026 22:05	06/06/2026 02:00	08/06/2026 13:36		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver

« < 1 > » 10 ▾

N°	LICITANTE
1	ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V.
2	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.
3	DISEÑOS POR TU SALUD EN MEDICINA, S.A. DE C.V.
4	LIDERES EN COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 92 de su Reglamento de la Ley, la convocante, únicamente hizo constar la documentación que presentaron los licitantes, **sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido**. Se dio lectura al nombre de los licitantes, las partidas e importes de las propuestas recibidas, haciendo del conocimiento que el análisis detallado de la proposición se efectuará posteriormente, al realizar la evaluación de estas.

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

LICITANTE: ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V.

		ANEXO 5	
ALTA TECNOLOGÍA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V.		PROPOSICION ECONOMICA	
PROCEDIMIENTO: IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026		FECHA: 08 de junio de 2026	
FABRICANTE ()	DISTRIBUIDOR (x)	No. DE PREI IMSS: 143527	R. F. C.: ATE171204TS1
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ALTA TECNOLGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V.		TEL.: 728 2850 212	
DOMICILIO: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE 59, CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA LERMA, CP 52004, ESTADO DE MEXICO			
CORREO ELECTRÓNICO: (de la empresa participante): altatecnologiaisagei@gmail.com			
ESTRATIFICACIÓN:	MICRO ()	PEQUEÑA ()	MEDIANA (X) GRANDE ()

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
PARTIDA No 1 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA						
1	EM01-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA; consiste en acciones preventivas de: ajuste, calibración, programación, lubricación, revisar conexiones. Acciones correctivas, sustitución de las siguientes refacciones: resistencias calefactoras, sensor de temperatura (skin/air), ventilador interno (blower), tarjeta controladora, pantalla/display, alarmas acústicas y visuales, fuente de poder, batería interna, cargador externo, ruedas (casters) con freno, cuna, lampara de calor radiante, bisagras, seguros, colchón térmico, barandales de acrílico, soporte de accesorios, bascula, humidificador. Incluye: retiro del equipo para su revisión en área de servicio, desarmado total del equipo, revisión y ajuste de voltajes en las tarjetas de entrada y salida para cada función, limpieza de tarjeta electrónicas con aire comprimido seco, pruebas de funcionamiento de las tarjetas, revisión de sensores de temperatura de piel y de aire, kit de mantenimiento preventivo, limpieza de carcasa, pruebas, limpieza, herramienta, equipo. Traslado del personal técnico a la unidad. Todos los equipos incluyen kit de arranque adicional: 1.- baterías de respaldo. 2.- 2 sensores de temperatura. 3.- colchón térmico.				
1	EM01-005-005	HOSPITAL RURAL TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2012BC10207. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$247,420.00	\$247,420.00
1	EM01-005-010	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. UN EQUIPO MARCA INTELEC, MODELO BABYHERM/ELECTRICA, NNI: 200710000003. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$247,420.00	\$247,420.00
1	EM01-005-015	HOSPITAL RURAL SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2017BBC069. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$247,420.00	\$247,420.00
1	EM01-005-020	HOSPITAL RURAL MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2017BBC067. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$247,420.00	\$247,420.00
1	EM01-005-025	HOSPITAL RURAL TLAXIACO, OAXACA. UN EQUIPO MARCA ATMOSCORE, MODELO EXSPECTA, SERIE AP17-525. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$247,420.00	\$247,420.00
1	EM01-005-030	HOSPITAL RURAL HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2018BBCP010. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$247,420.00	\$247,420.00
1	EM01-005-035	HOSPITAL RURAL MATIAS ROMERO, OAXACA. UN EQUIPO MARCA INTELEC, MODELO CT-3000, SERIE: SN. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)		1	\$247,420.00	\$247,420.00
1	EM01-005-040	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA. MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2012BA161. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$247,420.00	\$247,420.00
1	EM01-005-045	HOSPITAL RURAL HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA. UN EQUIPO MARCA NUCARE, MODELO NK-C1-PRO, SERIE A22BD0007017. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$247,420.00	\$247,420.00
PARTIDA No 2						
2	EM02-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA; que consiste en acciones preventivas de: ajuste, calibración,				



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
		programación, revisar conexiones. acciones correctivas: sustitución de refacciones como son: unidad de control (tarjeta), tanque de gas criogénico, sonda criogénica, puntas de sonda, sistema de enfriamiento, interruptor de pie, pantalla de control, control de alarma y control de descongelación. Limpieza general interna y externa de todas las partes que componen el equipo, limpieza con dieléctrico de tarjeta, prueba y capacitación al personal que se indique. Incluye: pruebas como lo indica el manual de servicio, realización de las pruebas del sistema y de los parámetros del equipo, pruebas de control de calidad, refacciones, carga y descarga del equipo. verificación de funcionamiento con personal especializado, traslado del personal técnico hasta la unidad. todos los equipos incluyen kit de arranque: 1.- 2 juegos extras de puntas de sonda.				
2	EM02-005-005	HOSPITAL RURAL TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-4000, SERIE 0311014. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$318,750.00	\$318,750.00
2	EM02-005-010	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE S/N. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$318,750.00	\$318,750.00
2	EM02-005-015	HOSPITAL RURAL SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAXACA. UN EQUIPO; MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311030. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$318,750.00	\$318,750.00
2	EM02-005-020	HOSPITAL RURAL TLAXIACO, OAX. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0809037. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$318,750.00	\$318,750.00
2	EM02-005-025	HOSPITAL RURAL HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311045. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$318,750.00	\$318,750.00
2	EM02-005-030	HOSPITAL RURAL MATIAS ROMERO, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 03242. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$318,750.00	\$318,750.00
2	EM02-005-035	HOSPITAL RURAL MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA 1000B, SERIE 900509-4. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$318,750.00	\$318,750.00
2	EM02-005-040	HOSPITAL RURAL JUXTLAHUACA, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-4000, SERIE 031018. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$318,750.00	\$318,750.00
2	EM02-005-045	HOSPITAL RURAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311052. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$318,750.00	\$318,750.00
SUBTOTAL						\$5,095,530.00
I.V.A.						\$815,284.80
TOTAL						\$5,910,814.80

LICITANTE: CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.

		ANEXO 5 PROPOSICION ECONOMICA				
		PROCEDIMIENTO: IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026				
		NOMBRE DEL PARTICIPANTE: CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.				
		FECHA: 08 DE JUNIO DE 2026 FABRICANTE () DISTRIBUIDOR (x) No. DE PREI IMSS: 137356				
DOMICILIO: Camino Real a Xochitepec 108, Planta Alta, Col La Noria, Alcaldía Xochimilco, CP 16030, Ciudad de México						
TEL.: 55 1954 5799 R. F. C.: CLI150120328						
CORREO ELECTRÓNICO: (de la empresa participante): ventas.admon@conduitlife.mx / licitaciones@conduitlife.mx						
ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X) GRANDE ()						

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
1	EM01-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA; QUE CONSISTE EN ACCIONES PREVENTIVAS DE: AJUSTE, CALIBRACIÓN, PROGRAMACIÓN, LUBRICACIÓN, REVISAR CONEXIONES. ACCIONES CORRECTIVAS, SUSTITUCIÓN DE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: RESISTENCIAS CALEFACTORAS, SENSOR DE TEMPERATURA (SKIN/AIR), VENTILADOR INTERNO (BLOWER), TARJETA CONTROLADORA, PANTALLA/DISPLAY, ALARMAS ACÚSTICAS Y VISUALES, FUENTE DE PODER, BATERÍA INTERNA, CARGADOR EXTERNO, RUEDAS (CASTERS) CON FRENO, CUNA, LAMPARA DE CALOR RADIANTE, BISAGRAS, SEGUROS, COLCHÓN TÉRMICO, BARANDALES DE ACRILICO, SOPORTE DE ACCESORIOS, BASCULA, HUMIFICADOR. INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO TOTAL DEL ESQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES EN LAS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CADA FUNCIÓN, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CARCASA, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO. TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE ADICIONAL: 1.- BATERIAS DE RESPALDO. 2.- 2 SENSORES DE TEMPERATURA. 3.- COLCHON TERMICO.				
1	EM01-005-005	HOSPITAL RURAL TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2012BC10207. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	servicio	1	\$ 282,685.00	\$ 282,685.00
1	EM01-005-010	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. UN EQUIPO MARCA INTELEC, MODELO BABYHERM/ELECTRICA, NNI: 200710000003. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	servicio	1	\$ 282,685.00	\$ 282,685.00
1	EM01-005-015	HOSPITAL RURAL SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2017BBC069. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	servicio	1	\$ 282,685.00	\$ 282,685.00
1	EM01-005-020	HOSPITAL RURAL MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2017BBC067. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	servicio	1	\$ 282,685.00	\$ 282,685.00
1	EM01-005-025	HOSPITAL RURAL TLAXIACO, OAXACA. UN EQUIPO MARCA ATMOSCARE, MODELO EXSPECTA, SERIE AP17-525. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	servicio	1	\$ 282,685.00	\$ 282,685.00
1	EM01-005-030	HOSPITAL RURAL HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2018BBCP010. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	servicio	1	\$ 282,685.00	\$ 282,685.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
1	EM01-005-035	HOSPITAL RURAL MATIAS ROMERO, OAXACA. UN EQUIPO MARCA INTELEC, MODELO CT-3000, SERIE: SN. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	servicio	1	\$ 282,685.00	\$ 282,685.00
1	EM01-005-040	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA. MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2012BA161. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	servicio	1	\$ 282,685.00	\$ 282,685.00
1	EM01-005-045	HOSPITAL RURAL HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA. UN EQUIPO MARCA NUCARE, MODELO NK-C1-PRO, SERIE A22BD0007017. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	servicio	1	\$ 282,685.00	\$ 282,685.00
2	EM02-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA; QUE CONSISTE EN ACCIONES PREVENTIVAS DE: AJUSTE, CALIBRACIÓN, PROGRAMACIÓN, REVISAR CONEXIONES. ACCIONES CORRECTIVAS: SUSTITUCIÓN DE REFACCIONES COMO SON: UNIDAD DE CONTROL (TARJETA), TANQUE DE GAS CRIOGENICO, Sonda CRIOGENICA, PUNTAS DE Sonda, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, INTERRUPTOR DE PIE, PANTALLA DE CONTROL, CONTROL DE ALARMA Y CONTROL DE DESCONGELACIÓN. LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN EL EQUIPO, LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO DE TARJETA, PRUEBA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE SE INDIQUE. INCLUYE: PRUEBAS COMO LO INDICA EL MANUAL DE SERVICIO, REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA Y DE LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, REFACCIONES, CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON PERSONAL ESPECIALIZADO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.- 2 JUEGOS EXTRAS DE PUNTAS DE Sonda.	servicio			
2	EM02-005-005	HOSPITAL RURAL TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-4000, SERIE 0311014. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	servicio	1	\$ 263,883.00	\$263,883.00
2	EM02-005-010	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE S/N. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	servicio	2	\$ 263,883.00	\$527,766.00
2	EM02-005-015	HOSPITAL RURAL SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAXACA. UN EQUIPO; MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311030. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	servicio	2	\$ 263,883.00	\$527,766.00
2	EM02-005-020	HOSPITAL RURAL TLAXIACO, OAX. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0809037. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	servicio	1	\$ 263,883.00	\$263,883.00
2	EM02-005-025	HOSPITAL RURAL HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311045. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	servicio	2	\$ 263,883.00	\$527,766.00
2	EM02-005-030	HOSPITAL RURAL MATIAS ROMERO, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 03242.	servicio	1	\$ 263,883.00	\$263,883.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
		(SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)				
2	EM02-005-035	HOSPITAL RURAL MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA 1000B, SERIE 900509-4. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	servicio	1	\$ 263,883.00	\$263,883.00
2	EM02-005-040	HOSPITAL RURAL JUXTLAHUACA, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-4000, SERIE 031018. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	servicio	2	\$ 263,883.00	\$527,766.00
2	EM02-005-045	HOSPITAL RURAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311052. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	servicio	2	\$ 263,883.00	\$527,766.00
SUBTOTAL						\$6,238,527.00
I.V.A.						\$998,164.32
TOTAL						\$7,236,691.32

LICITANTE: DISEÑOS POR TU SALUD EN MEDICINA, S.A. DE C.V.



**ANEXO 5
PROPOSICION ECONOMICA**

PROCEDIMIENTO: **IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026**

FECHA: **08 DE JUNIO DE 2026**

FABRICANTE ()

DISTRIBUIDOR (x)

No. DE PREI IMSS: EN TRAMITE

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **DISEÑOS POR TU SALUD EN MEDICINA SA DE CV**

DOMICILIO: AV PASEO DE LA REFORMA #300 PISO 16, COL JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CP 06600, CIUDAD DE MEXICO

TEL.: 5589287520

R. F. C.: DTS201216JKA

CORREO ELECTRÓNICO: (de la empresa participante): disame.contacto@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO (x)

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

GRANDE ()

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
PARTIDA No. 1 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA						
1	EM01-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA; QUE CONSISTE EN ACCIONES PREVENTIVAS DE: AJUSTE, CALIBRACIÓN, PROGRAMACIÓN, LUBRICACIÓN, REVISAR CONEXIONES. ACCIONES CORRECTIVAS, SUSTITUCIÓN DE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: RESISTENCIAS CALEFACTORAS, SENSOR DE TEMPERATURA (SKIN/AIR), VENTILADOR INTERNO (BLOWER), TARJETA CONTROLADORA, PANTALLA/DISPLAY, ALARMAS ACÚSTICAS Y VISUALES, FUENTE DE PODER, BATERÍA INTERNA, CARGADOR EXTERNO, RUEDAS (CASTERS) CON FRENO, CUNA, LAMPARA DE CALOR RADIANTE, BISAGRAS, SEGUROS, COLCHÓN TÉRMICO, BARANDALES DE ACRILICO, SOPORTE DE ACCESORIOS, BASCULA, HUMIFICADOR.				



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
		INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO TOTAL DEL ESQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES EN LAS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CADA FUNCIÓN, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CARCASA, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO. TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE ADICIONAL: 1.- BATERIAS DE RESPALDO. 2.- 2 SENSORES DE TEMPERATURA. 3.- COLCHON TERMICO.				
1	EM01-005-005	HOSPITAL RURAL TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2012BC10207. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERV.	1	\$270,275.00	\$270,275.00
1	EM01-005-010	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. UN EQUIPO MARCA INTELEC, MODELO BABYHERM/ELECTRICA, NNI: 200710000003. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERV.	1	\$270,275.00	\$270,275.00
1	EM01-005-015	HOSPITAL RURAL SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2017BBC069. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERV.	1	\$270,275.00	\$270,275.00
1	EM01-005-020	HOSPITAL RURAL MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2017BBC067. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERV.	1	\$270,275.00	\$270,275.00
1	EM01-005-025	HOSPITAL RURAL TLAXIACO, OAXACA. UN EQUIPO MARCA ATMOSCAR, MODELO EXSPECTA, SERIE AP17-525. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERV.	1	\$270,275.00	\$270,275.00
1	EM01-005-030	HOSPITAL RURAL HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2018BBCP010. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERV.	1	\$270,275.00	\$270,275.00
1	EM01-005-035	HOSPITAL RURAL MATIAS ROMERO, OAXACA. UN EQUIPO MARCA INTELEC, MODELO CT-3000, SERIE: SN. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERV.	1	\$270,275.00	\$270,275.00
1	EM01-005-040	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA. MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2012BA161. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERV.	1	\$270,275.00	\$270,275.00
1	EM01-005-045	HOSPITAL RURAL HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA. UN EQUIPO MARCA NUCARE, MODELO NK-C1-PRO, SERIE A22BD0007017. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERV.	1	\$270,275.00	\$270,275.00
PARTIDA No. 2 EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA						
2	EM02-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA; QUE CONSISTE EN ACCIONES PREVENTIVAS DE: AJUSTE, CALIBRACIÓN, PROGRAMACIÓN, REVISAR CONEXIONES. ACCIONES CORRECTIVAS: SUSTITUCIÓN DE REFACCIONES COMO SON: UNIDAD DE CONTROL (TARJETA), TANQUE DE GAS CRIOGENICO, Sonda CRIOGENICA, PUNTAS DE Sonda, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, INTERRUPTOR DE PIE, PANTALLA DE CONTROL, CONTROL DE ALARMA Y CONTROL DE DESCONGELACIÓN. LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN EL EQUIPO, LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO DE TARJETA, PRUEBA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE SE INDIQUE. INCLUYE: PRUEBAS COMO LO INDICA EL MANUAL DE SERVICIO, REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA Y DE LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, REFACCIONES, CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON PERSONAL ESPECIALIZADO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.- 2 JUEGOS EXTRAS DE PUNTAS DE Sonda.				



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCION I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
2	EM02-005-005	HOSPITAL RURAL TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-4000, SERIE 0311014. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERV.	1	\$347,508.00	\$347,508.00
2	EM02-005-010	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE S/N. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERV.	1	\$347,508.00	\$347,508.00
2	EM02-005-015	HOSPITAL RURAL SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAXACA. UN EQUIPO; MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311030. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERV.	1	\$347,508.00	\$347,508.00
2	EM02-005-020	HOSPITAL RURAL TLAXIACO, OAX. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0809037. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERV.	1	\$347,508.00	\$347,508.00
2	EM02-005-025	HOSPITAL RURAL HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311045. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERV.	1	\$347,508.00	\$347,508.00
2	EM02-005-030	HOSPITAL RURAL MATIAS ROMERO, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 03242. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERV.	1	\$347,508.00	\$347,508.00
2	EM02-005-035	HOSPITAL RURAL MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA 1000B, SERIE 900509-4. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERV.	1	\$347,508.00	\$347,508.00
2	EM02-005-040	HOSPITAL RURAL JUXTLAHUACA, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-4000, SERIE 031018. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERV.	1	\$347,508.00	\$347,508.00
2	EM02-005-045	HOSPITAL RURAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311052. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERV.	1	\$347,508.00	\$347,508.00
SUBTOTAL						\$5,560,047.00
I.V.A.						\$889,607.52
TOTAL						\$6,449,654.52

LICITANTE: LIDERES EN COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

 LÍDERES EN COMERCIO INTERNACIONAL Tecnología médica que cruza fronteras		Calle Libertad 84 Llano Grande, Metepec, Edomex. C.P. 52148		722.2972403		lci.ventas@lideresinternacional.com	
ANEXO 5 PROPOSICION ECONOMICA							
PROCEDIMIENTO: IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026							
FECHA: 08 DE JUNIO DE 2026		FABRICANTE ()		DISTRIBUIDOR (x)		No. DE PREI IMSS: 116989	
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: LIDERES EN COMERCIO INTERNACIONL , S.A. DE C.V.							
DOMICILIO: LIBERTAD 84, COL. LLANO GRANDE, METEPEC, CP 52148, ESTADO DE MEXICO							
TEL.: 722 297 2403		R. F. C.: LCI110405PR3					
CORREO ELECTRÓNICO: lci.ventas@lideresinternacional.com							
ESTRATIFICACIÓN:		MICRO (X)		PEQUEÑA ()		MEDIANA ()	
GRANDE ()							



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
PARTIDA No. 1 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA						
1	EM01-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA; QUE CONSISTE EN ACCIONES PREVENTIVAS DE: AJUSTE, CALIBRACIÓN, PROGRAMACIÓN, LUBRICACIÓN, REVISAR CONEXIONES. ACCIONES CORRECTIVAS, SUSTITUCIÓN DE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: RESISTENCIAS CALEFACTORAS, SENSOR DE TEMPERATURA (SKIN/AIR), VENTILADOR INTERNO (BLOWER), TARJETA CONTROLADORA, PANTALLA/DISPLAY, ALARMAS ACÚSTICAS Y VISUALES, FUENTE DE PODER, BATERÍA INTERNA, CARGADOR EXTERNO, RUEDAS (CASTERS) CON FRENO, CUNA, LAMPARA DE CALOR RADIANTE, BISAGRAS, SEGUROS, COLCHÓN TÉRMICO, BARANDALES DE ACRILICO, SOPORTE DE ACCESORIOS, BASCULA, HUMIFICADOR. INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO TOTAL DEL ESQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES EN LAS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CADA FUNCIÓN, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CARCASA, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO. TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE ADICIONAL: 1.- BATERIAS DE RESPALDO. 2.- 2 SENSORES DE TEMPERATURA. 3.- COLCHON TERMICO.				
1	EM01-005-005	HOSPITAL RURAL TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2012BC10207. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$246,700.00	\$246,700.00
1	EM01-005-010	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. UN EQUIPO MARCA INTELEC, MODELO BABYHERM/ELECTRICA, NNI: 200710000003. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$246,700.00	\$246,700.00
1	EM01-005-015	HOSPITAL RURAL SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2017BBC069. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$246,700.00	\$246,700.00
1	EM01-005-020	HOSPITAL RURAL MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2017BBC067. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$246,700.00	\$246,700.00
1	EM01-	HOSPITAL RURAL TLAXIACO, OAXACA. UN EQUIPO MARCA ATMOSCAR, MODELO EXSPECTA, SERIE AP17-525.	SERVICIO	1	\$246,700.00	\$246,700.00

Página 10 de 13



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 Y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
	005-025	(SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)				
1	EM01-005-030	HOSPITAL RURAL HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. UN EQUIPO MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2018BBCP010. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$246,700.00	\$246,700.00
1	EM01-005-035	HOSPITAL RURAL MATIAS ROMERO, OAXACA. UN EQUIPO MARCA INTELEC, MODELO CT-3000, SERIE: SN. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$246,700.00	\$246,700.00
1	EM01-005-040	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA. MARCA MEDICA D, MODELO BABY CARE, SERIE 2012BA161. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$246,700.00	\$246,700.00
1	EM01-005-045	HOSPITAL RURAL HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA. UN EQUIPO MARCA NUCARE, MODELO NK-C1-PRO, SERIE A22BD0007017. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUES DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$246,700.00	\$246,700.00
PARTIDA No. 2 EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA						
2	EM02-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA; QUE CONSISTE EN ACCIONES PREVENTIVAS DE: AJUSTE, CALIBRACIÓN, PROGRAMACIÓN, REVISAR CONEXIONES. ACCIONES CORRECTIVAS: SUSTITUCIÓN DE REFACCIONES COMO SON: UNIDAD DE CONTROL (TARJETA), TANQUE DE GAS CRIOGENICO, SONDA CRIOGENICA, PUNTAS DE SONDA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, INTERRUPTOR DE PIE, PANTALLA DE CONTROL, CONTROL DE ALARMA Y CONTROL DE DESCONGELACIÓN. LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN EL EQUIPO, LIMPIEZA CON DIELECTRICO DE TARJETA, PRUEBA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE SE INDIQUE. INCLUYE: PRUEBAS COMO LO INDICA EL MANUAL DE SERVICIO, REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA Y DE LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, REFACCIONES, CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON PERSONAL ESPECIALIZADO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE ARRANQUE: 1.- 2 JUEGOS EXTRAS DE PUNTAS DE SONDA.				
2	EM02-005-005	HOSPITAL RURAL TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-4000, SERIE 0311014. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$317,200.00	\$317,200.00
2	EM02-005-010	HOSPITAL RURAL SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE S/N. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$317,200.00	\$317,200.00
2	EM02-005-015	HOSPITAL RURAL SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAXACA. UN EQUIPO; MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311030. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$317,200.00	\$317,200.00
2	EM02-	HOSPITAL RURAL TLAXIACO, OAX. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0809037. (SERVICIO A	SERVICIO	1	\$317,200.00	\$317,200.00

ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCION I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
	005-020	REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)				
2	EM02-005-025	HOSPITAL RURAL HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311045. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$317,200.00	\$317,200.00
2	EM02-005-030	HOSPITAL RURAL MATIAS ROMERO, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 03242. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$317,200.00	\$317,200.00
2	EM02-005-035	HOSPITAL RURAL MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA 1000B, SERIE 900509-4. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$317,200.00	\$317,200.00
2	EM02-005-040	HOSPITAL RURAL JUXTLAHUACA, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-4000, SERIE 031018. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$317,200.00	\$317,200.00
2	EM02-005-045	HOSPITAL RURAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA. UN EQUIPO, MARCA WALLACH, MODELO WA-2000, SERIE 0311052. (SERVICIO A REALIZAR UN DIA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1	\$317,200.00	\$317,200.00
SUBTOTAL						\$5,075,100.00
I.V.A.						\$812,016.00
TOTAL						\$5,887,116.00

OBSERVACIONES

Se hace la observación que por parte del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejoras de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones se tuvo conocimiento y participación de la presente acta de manera virtual. Así mismo, se informa que no hubo participación por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos.

Esta convocante informa que la fecha de **emisión del acta de fallo será el viernes 12 de junio de 2026 a las 13:00 horas.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas de la **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026, siendo las 11:40 horas del mismo día y año**, levantando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron.



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS MÉDICOS (CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA Y EQUIPOS DE CRIOCIRUGÍA) DE LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCION I, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 92 y 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

FIRMAS ELECTRÓNICAS DE LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO
L.A.E. Sandra Isela Barzalobre Aragón	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.
Lic. Ernesto Antonio Hooper Arvizu	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Ing. Juan Alberto Torres Bautista	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.





Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



CADENA ORIGINAL:
||IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026|SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON|BAAS721027KA2|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES|b09e2c3a31b0e2db9d0866c078b1bc00918ca58addfa315ce99a6de9b78d0eae|08-06-2026 18:37:00||

FIRMA ELECTRÓNICA:
EZgoqXZ3w16c+GMP lo7PFIfA6eK5Ko4s/9Z+sr6Kwks80SiVPy+tNUPai+Uty77gUIXdAkD2bQNG1of16EH/1W37lafccTZkx0X++E1M1BXEKovX3B/nc99YFN1wb9EyBZQMxCX9onkssBWNBS3y4dpawZn3U0y13ewvRrdXthco+R1/e4bnHci1T8GfMm2N1ggR61f7r6PkydSzGS9mTbQ3N95tjbCrA0t1jCekatiAJIbVJa4FTZyBuP8wWZaZ5V1a/dxHOVA3zHx1xaaXchRB3ldS0NmTaL9dTV3L77whBQyCV1kU2cImrJAXqnBz6Q8Mdu4YkwtG6sDremdJlw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
b16decee-0e03-49f9-94e2-2318b050c7c0



CADENA ORIGINAL:
||IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026|ERNESTO ANTONIO HOOPER ARVIZU|HOAE820613GF0|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES|b09e2c3a31b0e2db9d0866c078b1bc00918ca58addfa315ce99a6de9b78d0eae|08-06-2026 18:34:49||

FIRMA ELECTRÓNICA:
TMLJVCvDNjZ5Lp1cH6nyad39NHXUEfjzcA5Na19cMxglXhRvXQ0x0paZ3IwVltMb3FKyvFehVfbT945FJ1nAnBnqTiNMLU97yLZwEqw0airqXWjWuTqzmjzCjqeDDRNUlFQ16dm0WqoeSdNb5hCb0REIwbZnqBn3xzZvCvCFx4DKXNkwTi6RK7wuX2gXfL540rjJDHnJkFTETM64mRNGG9XEGWJSSsWiHAKw0Pk+kaYJhzVT+7jJZ0ucB6AcF+6BWJry7b806qpXlK9deJIsW+D026Sv7EJ1KTgltnZwU4MR9KsS0eukPa65P2sq53ujY0JG58bvqQ6UV4rcPA==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
5bb0aa6c-c375-4620-bb20-a92e37028d1e



CADENA ORIGINAL:
||IA-50-GYR-050GYR013-N-109-2026|JUAN ALBERTO TORRES BAUTISTA|TOBJ860321C93|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES|b09e2c3a31b0e2db9d0866c078b1bc00918ca58addfa315ce99a6de9b78d0eae|08-06-2026 18:39:49||

FIRMA ELECTRÓNICA:
np4zc2KknWnUfZ2Q980etP5Pn/t+GJ/LPLy2v63+aqy1xggIvlogGRs/PS0PG2uz201kgauGTi+Y64upvNKKWm/g5rIjtRiTe/Leecb0ZqXNHJPj32X/QsGIxQ7cXPU3lWMKa0Rerff81G665E6IiahNlfpjKCoqRKej1XbmyjEZh3H/TxQK5KLn/TF3nAsSW9wDazck5d1DRQwGhRv8WApqB1ub9UcVuryvFR03WZKov1EDk1VrhlgLM1KJuoFrsc7JJy/o2yg/mc1UdDrqshYwK90T0Gm7Fw03HxbKcAhu7XFVrvzhvVKFiLETAZPXQ81966vudVdbbqPIK7rw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
87a37c26-e5d0-4d8c-85c6-936f21ded24d

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>