



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 41 Y 44**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

En el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo las 10:30 horas del día **19 de junio del 2026**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Boulevard Nuunita Nuú Yoo No. 1227, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, C.P. 71230; los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como a lo establecido en el punto **4** de la Convocatoria antes mencionada.

En uso de la palabra la **L.A.E. Sandra Isela Barzalobre Aragón, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, quien es autoridad competente para presidir el presente acto, de conformidad con los Artículos 134 párrafos 6 y 7 Constitucional y 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación al Artículo 3 Fracción II del Reglamento de la referida Ley, Artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y quien preside este evento, dio la bienvenida e hizo la presentación de los servidores públicos, declarando formalmente iniciado el mismo.

Se comunica a los interesados que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de COMPRAS MX, por sí o en representación de un tercero y **cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.**

Quien preside el acto, fue asistida por el servidor público facultado como representante del Área Técnica de la presente convocatoria.

2/11



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 41 Y 44**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

LICITANTE: CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL SA DE CV

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1138182	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 7.1	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO A SOLICITADO EN EL NUMERAL 6 INCISO A ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE
1138183	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6, INCISO G	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE NO ESTRATIFICAR COMO MIPYMES, NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTANDO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE
1138184	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6, INCISO I	DICE: "I. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE AUTORICE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO PUEDAN CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SAT, IMSS E INFONAVIT" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE AUTORIZANDO CONSULTAR LAS OPINIONES PÚBLICAS DEL SATE IMSS, TODA VEZ QUE LA CONSTANCIA INFONAVIT, NO ES UN DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA LIBRE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE
1138185	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.1, FRACCIÓN II	DICE "ACTA CONSTITUTIVA ACTUALIZADA", DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A LA ACTA CONSTITUTIVA O EN SU CASO ÚLTIMA MODIFICACIÓN A LA MISMA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
1138186	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 12 Y 16, ANEXO 8	DENEMOS ENTENDER QUE EL ANEXO CORRESPONDIENTE AL MODELO DE CONTRATO ES EL ANEXO NÚMERO 8, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
1138187	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6 APARTADO F	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS ANEXOS DONDE SE HAGA REFERENCIA AL INCISO A, NOS PERMITA REFERENCIAR EL INCISO AL QUE PERTENECE, COMO POR EJEMPLO EN EL ANEXO F, EL CUAL ES SOLICITADO EN EL APARTADO F Y DENTRO DEL TEXTO SE HACE REFERENCIA AL INCISO A). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE
1138188	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.1 APARTADO II	DICE: "EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO Y NO CUENTE CON NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS, DEBERÁ ANEXAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:" • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. (RFC). • COMPROBANTE DE DOMICILIO. • CREDENCIAL DE ELECTOR DE REPRESENTANTE LEGAL. • CURP DEBEMOS ENTENDER QUE DICHA DOCUMENTACIÓN SOLO DEBERÁ SER PRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO Y NO CONTAR CON NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS Y PORTANTO, SU AUSENCIA U OMISIÓN DENTRO DE LA PROPUESTA, NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
1138189	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.1 APARTADO B.	DICE: "B. LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA..." DEBEMOS ENTENDER QUE DICHO REQUERIMIENTO HACE REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LA PROPOSICION, EN LOS QUE PROPIAMENTE SEA REQUERIDA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
1138190	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.1 APARTADO D. SEGUNDO PÁRRAFO	DICE: "... LA PROPUESTA TÉCNICA COMPRENDE ADEMÁS DEL FORMATO QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE COMO PROPUESTA TÉCNICA Y LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN ESTAS BASES." DEBEMOS ENTENDER QUE NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPOSICIONES LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE
1138191	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE LA PROPOSICION DE MI REPRESENTADA NO CONTenga INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL, NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DICHO SUPUESTO, ACOMPAÑADO DEL FORMATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA CON LA LEYENDA "NO APLICA". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138192	LEGAL - ADMINISTRATIVA	REQUERIMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO NO. 2 DE COMPRAS MX	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO, NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE EN EL QUE MANIFESTEMOS UNA O MÁS DIRECCIONES DE CORRE ELECTRÓNICO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138193	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	40.12.026 AC. VIH 1 Y 2 DICE: MÉTODO WESTERN BLOT. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SI EL REQUERIMIENTO DE MÉTODO WESTERN BLOT PARA LA CONFIRMACIÓN DE VIH PUEDE CONSIDERARSE NO LIMITATIVO, PERMITIÉNDONOS OFERTAR UN ANALIZADOR CON METODOLOGÍA DE INMUNOCROMATOGRÁFIA DE TERCERA/CUARTA GENERACIÓN CON CAPACIDAD DE CONFIRMACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE ANTICUERPOS VIH-1 Y VIH-2, LAS CUALES SE ENCUENTRAN ALINEADAS CON	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 41 Y 44**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS INTERNACIONALES VIGENTES. METODOLOGÍA ACTUALEMTE INSTALADA ¿SE ACEPTA?	
1138194	TÉCNICO	1 (UNO) "A" PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	LOS EQUIPOS OFERTADOS, TIENEN UNA FECHA DE FABRICACIÓN NO MAYOR A 6 (SEIS) AÑOS. ¿SERÍA ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS QUE NO CUMPLAN Estrictamente con la fecha de fabricación solicitada, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE DOCUMENTALMENTE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ESTADO ÓPTIMO, MANTENIMIENTO VIGENTE? LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA LIBRE COMPETENCIA, ASEGURAR LA MÁXIMA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES Y OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA CONVOCANTE, SIN COMPROMETER LA CALIDAD DEL SERVICIO.	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138195	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	40.23.008 DETECCIÓN DEL ANTÍGENO NS1 ZIKA SOLICITAMOSAMABLEMENTEA LA CONVOCANTE QUE ESTA PRUEBA PUEDA SER ENVIADA A UN LABORATORIO DE REFERENCIA PARASU PROCESO, YA QUE ESTUDIOS ACTUALMENTE LAS MARCAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO DE PRUEBAS RÁPIDAS SON ORIGINARIAS DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO NO CUENTA CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138196	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	40.23.040 ANTICUERPOS (IGG E IGM) CONTRA CHIKUNGUNYA SOLICITAMOSAMABLEMENTEA LA CONVOCANTE QUE ESTA PRUEBA PUEDA SER ENVIADA A UN LABORATORIO DE REFERENCIA PARASU PROCESO, YA QUE ESTUDIOS ACTUALMENTE LAS MARCAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO DE PRUEBAS RÁPIDAS SON ORIGINARIAS DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO NO CUENTA CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138197	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	40.12.085 PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO DE SARS-COV-2 (NCOV-19) SOLICITAMOSAMABLEMENTEA LA CONVOCANTE QUE ESTA PRUEBA PUEDA SER ENVIADA A UN LABORATORIO DE REFERENCIA PARASU PROCESO, YA QUE ESTUDIOS ACTUALMENTE LAS MARCAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO DE PRUEBAS RÁPIDAS SON ORIGINARIAS DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO NO CUENTA CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138198	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	40.12.029 ANTÍGENO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS SOLICITAMOSAMABLEMENTEA LA CONVOCANTE QUE ESTA PRUEBA PUEDA SER ENVIADA A UN LABORATORIO DE REFERENCIA PARASU PROCESO, YA QUE ESTUDIOS ACTUALMENTE LAS MARCAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO DE PRUEBAS RÁPIDAS SON ORIGINARIAS DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO NO CUENTA CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138199	TÉCNICO	1 (UNO) "A" PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL O DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO NO TENGA CELEBRADOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO, SIEMPRE QUE DICHO BIENES CUMPLAN CABALMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMATIVAS Y DE DESEMPEÑO REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN? LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE CONCURRENCIA, FOMENTAR UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EN LAS PROPUESTAS Y ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL ESTADO EN CUANTO A CALIDAD, PRECIO Y OPORTUNIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138200	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE AQUELLAS PRUEBAS QUE SE CUENTE CON MENOS DE 50 PRUEBAS MENSUALES, SE PERMITA ENVIARLAS A SUBROCAR A UN LABORATORIO DE REFERENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138201	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE AQUELLAS PRUEBAS QUE NO LAS PROCESA ALGÚN EQUIPO NOS PERMITA OFERTARLAS DE FORMA MANUAL CON RESULTADOS CUALITATIVOS O EN SU DEFECTO MANDARLAS A UN LABORATORIO DE REFERENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138202	TÉCNICO	CONVOCATORIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO SE PUEDAN REFERENCIAR YA QUE NO SON UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DEL EQUIPO COMO; REFACCIONES, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, INSUMOS, OPERACIÓN POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CAPACITADO, ETC., NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIREMOS CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138203	TÉCNICO	CONVOCATORIA	DICE; FOLLETOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES DE OPERACIÓN... CON EL FIN DE NO SATURAR LA PAGINA DE COMPRAS MX, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA PRESENTAR SOLAMENTE LAS HOJAS DE LOS MANUALES QUE SE USARON PARA SEÑALAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138204	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	DICE: 40.09.001 TROPONINA I/T SEMICUANTITATIVA, 40.09.002 PÉPTIDO NATRIURÉTICO B (BNP) SEMICUANTITATIVO, 40.09.003 MIOGLOBINA, SEMICUANTITATIVA EN SANGRE TOTAL, 40.09.004 PROCALCITONINA SEMICUANTITATIVA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR CON RESULTADOS CUANTITATIVOS PARA PROCESAR ESTAS PRUEBAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 41 Y 44**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1138205	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	DICE: TROPONINA I/T. DEBEMOS ENTENDER QUE PODREMOS OFERTAR CUALQUIERA DE LAS 2 TROPONINAS, YA SEA LA TROPONINA I O LA TROPONINA T. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
1138206	TÉCNICO	ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PAQUETES DE ESTUDIO QUÍMICA CLÍNICA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA LA PRUEBA HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN EL ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138207	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	ANEXO TÉCNICO CONSIDERACIONES PARA LOS GRUPOS DE ESTUDIOS POR CADA GRUPO DE PRUEBAS SE INCLUYE UNA DESCRIPCIÓN DE GENERALIDADES TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTAS FORMARÁN PARTE ADICIONAL DE LA CEDULA TÉCNICAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENUMERAR ESTAS CARACTERÍSTICAS DE MANERA ADICIONAL EN LA CÉDULA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138208	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO SE PUEDAN REFERENCIAR YA QUE NO SON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL EQUIPO COMO; REGULADOR DE VOLTAJE, BATERIAS DE RESPALDO, FILTROS DE AGUA, SOFTWARE EN ESPAÑOL, ENTRE OTROS, ETC. NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIREMOS CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138209	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO SE PUEDAN REFERENCIAR YA QUE NO SON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL EQUIPO COMO; REFACCIONES, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, OPERACIÓN POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CAPACITADO, ETC., NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIREMOS CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138210	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR EL EQUIPO DE BIOLOGÍA MOLECULAR QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INSTALADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, QUE FUNCIONE MEDIANTE UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO IN VITRO (DIV) PARA UTILIZAR JUNTO CON SERIES DE PRUEBAS ANALÍTICAS DIV, UTILIZA LOS PANELES DE REACTIVOS PARA PURIFICAR LOS ÁCIDOS NUCLEICOS Y PARA AMPLIFICAR LAS SECUENCIAS DIANA DE INTERÉS, MEDIANTE UNA PCR NESTED MULTIPLEX EN UN SISTEMA CERRADO, CON 6 PANELES. 170+ TARGETS. 1 HORA (PANEL RESPIRATORIO 22, PANEL BLOOD CULTURE IDENTIFICATION 24 TARGETS. 1 HORA, PANEL GASTROINTESTINAL 22 TARGETS. 1 HORA, PANEL MENINGITIS/ ENCEFALITIS 14 TARGETS. 1 HORA, PANEL PNEUMONIA 33 TARGETS. 1 HORA, PANEL JOINT INFECTION (INFECCIÓN ARTICULAR) 39 TARGETS. 1 HORA), CON MANEJO DE CARTUCHOS DE SISTEMA CERRADO DESECHABLES Y COMPLETOS, DURACIÓN DEL ANÁLISIS: LA PRUEBA DURA APROXIMADAMENTE UNA HORA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138211	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE SEROLOGIA CON LECTURA E INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICAS, CON CARTUCHO DE IDENTIFICACIÓN DE BANDAS, LECTURA OBJETIVA, INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE CADA UNA DE LAS BANDAS, INTERPRETACIÓN CUALITATIVA DE ENSAYOS INDIVIDUALES DE VIH-1 Y VIH-2, AUTÉNTICA CONFIRMACIÓN DE VIH-1 Y VIH2, DIFERENCIACIÓN ENTRE VIH-1 Y VIH2, PROTOCOLO DE 3 PASOS Y ENTREGA DE RESULTADOS EN < 30MIN, TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTA, SUERO/PLASMA, VOLUMEN DE MUESTRA: DISPENSAR 15 µL DE SANGRE TOTAL O 5 µL DE SUERO/PLASMA EN EL POZO 1, ÚNICO CÓDIGO DE BARRAS DATAMATRIX EN CADA CARTUCHO, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DEL LECTOR, REVISIÓN AUTOMÁTICA PARA LA VALIDACIÓN DE LOTES, INTERFAZ BIDIRECCIONAL CON LIS.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138212	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA COAGULACIÓN RUTINA TIPO 1, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; VOLUMEN DE MUESTRA MENOS DE 50 µL, VOLUMEN DE REACTIVO MENOS DE 100 µL, CARGA CONTINUA DE MUESTRAS Y REACTIVOS. CON UNA VELOCIDAD HASTA 240 PRUEBAS TP POR HORA, DETECTA INTERFERENCIA POR HEMOLISIS, BILIRRUBINA O LIPEMIA, CON CAPACIDAD DE MUESTRAS URGENTES, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO PARA MUESTRAS Y REACTIVOS E INTERFAZ BIDIRECCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138213	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA COAGULACIÓN URGENCIA TIPO 2, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; TEST COAGULOMÉTRICOS, CROMOGÉNICOS E INMUNOLÓGICOS, VOLUMEN DE MUESTRA MENOS DE 50 µL, VOLUMEN DE REACTIVO MENOS DE 100 µL, CARGA CONTINUA DE MUESTRAS Y REACTIVOS. CON UNA VELOCIDAD HASTA 110 PRUEBAS TP POR HORA, DETECTA INTERFERENCIA POR HEMOLISIS, BILIRRUBINA O LIPEMIA, CON	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 41 Y 44**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CAPACIDAD DE MUESTRAS URGENTES, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO PARA MUESTRAS Y REACTIVOS E INTERFAZ BIDIRECCIONAL. ¿SE ACEPTA?	
1138214	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA COAGULACIÓN RUTINA TIPO 2, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ANALIZADOR DE MESA TOTALMENTE AUTOMATIZADO Y CONTROLADO POR MICROPROCESADORES QUE REALIZA TEST COAGULOMÉTRICOS, COLORIMÉTRICAS O CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS DE COAGULACIÓN Y FIBRINÓLISIS, CAPACIDAD DE HASTA 40 MUESTRAS A BORDO EN TUBO PRIMARIO Y/O COPILLAS, CON UNA VELOCIDAD ANALÍTICA DE 175 TEST POR HORA PARA TP, CARGA CONTINUA DE MUESTRAS, REACTIVOS Y CUBETAS Y SISTEMA ÓPTICO PARA ANÁLISIS EN DOS CANALES; NEFELOMÉTRICO Y DE ABSORBANCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138215	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA COAGULACIÓN RUTINA TIPO 3, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ANALIZADOR DE MESA SEMIAUTOMATIZADO DE DOS CANALES, TIPO DE MEDICIÓN FOTO ÓPTICA / FOTOMECÁNICA, DETECCIÓN DEL COAGULO, CON UN RENDIMIENTO DE 60 PRUEBAS POR HORA PARA TP, 18 POSICIONES PARA MUESTRA Y 4 POSICIONES PARA REACTIVO, REALIZA TEST COAGULOMÉTRICOS, CROMOGÉNICOS, TURBIDIMÉTRICOS E INMUNOLÓGICOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138216	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA GASES EN SANGRE TIPO 1, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ANALIZADOR AUTOMATIZADO PORTÁTIL, VOLUMEN DE MUESTRA DE 150 µL DE SANGRE TOTALMENTE HEPARINIZADA, ANALIZA MUESTRAS DE SANGRE TOTAL (ARTERIAL, VENOSA CAPILAR EN JERINGA Y CAPILAR), LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, TIEMPO DE RESPUESTA DE 2 MINUTOS, ANALIZA MÁS DE 30 PRUEBAS POR HORA, SOFTWARE Y MANUAL EN ESPAÑOL, HASTA 12,000 MUESTRAS EN MEMORIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138217	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA GASES EN SANGRE URGENCIA TIPO 2, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ANALIZADOR AUTOMATIZADO PORTÁTIL, VOLUMEN DE MUESTRA DE 150 µL DE SANGRE TOTALMENTE HEPARINIZADA, ANALIZA MUESTRAS DE SANGRE TOTAL (ARTERIAL, VENOSA CAPILAR EN JERINGA Y CAPILAR), LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, TIEMPO DE RESPUESTA DE 2 MINUTOS, ANALIZA MÁS DE 30 PRUEBAS POR HORA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138218	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA MICROBIOLOGÍA TIPO 2, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO QUE PROPORCIONA RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD, RESULTADOS ID/AST EN 5 – 8 HORAS, SIN NECESIDAD DE REACTIVOS ADICIONALES, BÚSQUEDA DE RESULTADOS RÁPIDA POR PACIENTE, SECCIONES, FECHAS DE ANÁLISIS O MICROORGANISMOS, CONEXIÓN BIDIRECCIONAL, CAPACIDAD DE IDENTIFICAR LEVADURAS, GRAN-NEGATIVOS, GRAN-POSITIVOS Y PRUEBAS DE SENSIBILIDAD, CAPACIDAD DE 60 TARJETAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138219	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA MICROBIOLOGÍA TIPO 3, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; ANALIZADOR SEMIAUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O SUSCEPTIBILIDAD DE BACTERIAS Y/O LEVADURAS PRESENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS (ESTÉRILES O CONTAMINADAS), PANELES DESHIDRATADOS, CON UN TIPO DE LECTURA AUTOMATIZADA COLORIMÉTRICA Y/O FLUOROMÉTRICA, CON USO DE PANELES CONVENCIONALES PARA GRAN POSITIVOS, GRAN NEGATIVOS Y PANELES CROMOGÉNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS, ANAEROBIOS ESTRUCTOS, NEISSERIA, SOFTWARE EN ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138220	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA MICROBIOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN DEL CRECIMIENTO MICROBIANO TIPO 4, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DEL CRECIMIENTO DE BACTERIAS Y HONGOS EN MUESTRAS COMO SANGRE, LÍQUIDOS CORPORALES, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, PLEURAL, SINOVIAL Y MEDULA ÓSEA, CON UN COLORANTE EN EL SENSOR QUE REACCIONA ANTE LA PRESENCIA DE CO2 MODULANDO LA CANTIDAD DE CO2 LIBERADO POR LOS MICROORGANISMOS, SISTEMA DE INCUBACIÓN CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 35.0 °C +/- 1.5 °C. ¿SE ACEPTA?	Se acepta la propuesta solo que deacuerdo al incremento de productividad se requiere uno de mayor volumen, no es limitativa para los demas LICITANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 41 Y 44**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1138221	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE HEMATOLOGÍA DE TIPO 1, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, PARA RUTINA Y URGENCIAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRINCIPIOS Y TECNOLOGÍA CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS Y GRANULOCITOS INMADUROS (IG), NRBC, RET, IRF, PLT-F, IPF. CORRIENTE DIRECTA Y ENFOQUE HIDRODINÁMICO: PLT-I, RBC, HCT, MÉTODO SLS LIBRE DE CIANURO: HGB. 31 PARÁMETROS REPORTABLES EN SANGRE TOTAL WBC; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; PLT (PLT-I, PLT-F); NEUT#, %; IG #, %; LYMPH #, %; MONO#, %; EO#, %; BASO #, %; NRBC #; RDW-SD; RDW-CV; MPV; RET#, %; IRF, RET-HE; IPF, ANÁLISIS DE FLUIDOS CORPORALES TIPO DE MUESTRA: SÉROSO, SINOVAL, CEFALORRAQUÍDEO, RENDIMIENTO SANGRE TOTAL: HASTA 100 MUESTRAS/HORA POR MÓDULO, MODO DE FLUIDOS CORPORALES: HASTA 40 MUESTRAS/HORA POR MÓDULO, VOLUMENES DE MUESTRA: SANGRE TOTAL: 88 µL, MODO PRE DILUIDO: 70 µL, MODO FLUIDOS CORPORALES: 88 µL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138222	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE HEMATOLOGÍA DE TIPO 2, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, PARA RUTINA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRINCIPIO Y TECNOLOGÍA CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE: WBC, DIFF, RET, IRF, IPF, DIFERENCIAL DE 2 PARTES PARA EL ANÁLISIS DE FLUIDOS CORPORALES, MÉTODO DE IMPEDANCIA CON ENFOQUE HIDRODINÁMICO: RBC, HCT, MÉTODO SLS-HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO: HGB, PARÁMETROS ESTÁNDAR: SANGRE TOTAL / PRE-DILUIDO / MODO WBC BAJO, WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, CHCM, PLT-I, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LINFO#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LINFO%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%, MODO DE FLUIDOS CORPORALES: WBC-BF, RBC-BF, MN#, PMN#, MN%, PMN#, TC-BF#, PARÁMETROS OPCIONALES: RET#, RET%, IRF, RET-HE, PLT-O, IPF#, RENDIMIENTO SANGRE TOTAL: CBC HASTA 70 MUESTRAS / HORA, CBC + DIFF: HASTA 70 MUESTRAS / HORA, CBC + DIFF + RET: HASTA 35 MUESTRAS / HORA, FLUIDOS CORPORALES: HASTA 30 MUESTRAS / HORA, MODO DE ASPIRACIÓN: MUESTREADOR-ANÁLISIS DE TUBO ABIERTO Y CERRADO, VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA: SANGRE TOTAL / MODO WBC BAJO: 25µL, MODO PRE-DILUIDO: 70 µL, MODO DE FLUIDOS CORPORALES: 70 µL, ALMACENAMIENTO DE DATOS: RESULTADOS: 100,000 MUESTRAS. INFORMACIÓN DE PACIENTES: 10,000 REGISTROS, ARCHIVOS DE CONTROL DE CALIDAD: 99 ARCHIVOS / ANALIZADOR, GRÁFICAS DE CONTROL DE CALIDAD: 300 GRÁFICAS / ARCHIVO, HISTÓRICO DE REEMPLAZO DE REACTIVOS: 5,000 REGISTROS, HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO: 5,000 REGISTROS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138223	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE HEMATOLOGÍA DE TIPO 3, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, PARA RUTINA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRINCIPIOS CITOMETRÍA DE FLUJO (FCM), DISPERSIÓN DEL LÁSER DE SEMI CONDUCTOR, CITOQUÍMICA, CANAL INDEPENDIENTE DE BASÓFILO, RESISTENCIA DE IMPEDANCIA PARA CONTEO DE WBC, RBC, PLT, REACTIVO DE CIANURO LIBRE PARA PRUEBA DE HEMOGLOBINA, PARÁMETROS 27: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC#, LIC#, ALY%, ALY#, MODO DE MUESTREO, CARGADOR AUTOMÁTICO, TUBO CERRADO, VELOCIDAD, HASTA 60 PRUEBAS POR HORA CON CARGADOR AUTOMÁTICO, HASTA 50 PRUEBAS POR HORA CON TUBO CERRADO, VOLUMEN DE MUESTRA: SANGRE TOTAL: 20 µL, PREDILUIDA: 20 µL, MODO DE PRUEBA, CBC CBC+DIFF, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATO HASTA 40,000 RESULTADOS INCLUYENDO INFORMACIÓN NUMÉRICA Y GRÁFICA, COMUNICACIÓN, LAN PUERTO SOPORTA PROTOCOLO DE HL7 Y REQUERIMIENTO ELÉCTRICO A.C.100-240V=300VA 50/60HZ. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138224	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE HEMATOLOGÍA DE TIPO 2, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, PARA RUTINA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRINCIPIOS DE MÉTODO SF CUBE PARA CONTAR WBC, DIFERENCIAL DE 6 PARTES Y NRBC, MÉTODO DE IMPEDANCIA DE CC PARA RBC Y PLT, REACTIVO LIBRE DE CIANURO PARA PRUEBA DE HEMOGLOBINA S: DISIPADOR; F: FLUORESCENTE; CUBE: ANÁLISIS 3D, PARÁMETROS: 29 PARÁMETROS REPORTABLES (SANGRE TOTAL): WBC, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, IMG%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, IMG%; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, NRBC#, NRBC%; PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, 20 PARÁMETROS DE INVESTIGACIÓN (SANGRE TOTAL): HFC#, HFC%, WBC-D, TNC-D, IME#, IME%, H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, INR#, INR%, MICRO#, MICRO%, MACRO#, MACRO%, PDW-SD, PLT-I, 7 PARÁMETROS REPORTABLES (FLUIDOS CORPORALES): WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF, 11 PARÁMETROS DE INVESTIGACIÓN (FLUIDOS CORPORALES): EOS-BF#, EOS-BF%, NEU-BF#, NEU-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF#, LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%, 2 HISTOGRAMAS PARA RBC Y PLT, 2	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 41 Y 44**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			GRAMOS DE DISIPADOR TRIDIMENSIONAL: DIFF, WNB, 2 GRAMOS DE DISIPADOR BIDIMENSIONAL: DIFF, WNB, MODO: CBC, CBC+DIFF, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: HASTA 100 000 RESULTADOS INCLUYENDO INFORMACIÓN NUMÉRICA Y GRÁFICA ENTORNO DE USO: TEMPERATURA: 15 $\pm$ 32 $\pm$, HUMEDAD: 30%~85%, VOLUMEN DE MUESTRA: SANGRE TOTAL (AUTO CARGADOR, TUBO CERRADO) 80UL, SANGRE CAPILAR (TUBO CERRADO) 35UL, PREDILUÍDO (TUBO CERRADO) 20UL, FLUIDO CORPORAL (TUBO CERRADO) 85UL, RENDIMIENTO: HASTA 110 MUESTRAS POR HORA (CBC+DIFF), HASTA 40 MUESTRAS POR HORA (FLUIDO CORPORAL), CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 50 TUBOS DE MUESTRA. ¿SE ACEPTA?	
1138225	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA URGENCIAS TIPO 3, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON UN SISTEMA AUTOMATIZADO, DE MEDICIÓN FOTOMÉTRICA, CON UN RENDIMIENTO MÁXIMO DE FOTOMETRÍA E ISE: HASTA 750 PRUEBAS/H (300 PRUEBAS FOTOMÉTRICAS/H + 450 PRUEBAS ISE/H)(B), CON UN VOLUMEN DE REACCIÓN DE 75 -185 μ L, CON UN NÚMERO DE APLICACIONES DE 680, CON TEMPERATURA DEL BAÑO DE INCUBACIÓN 37 $\pm$ 0,1 $^{\circ}$ C (98,6 $\pm$ 32,18 $^{\circ}$ F)(C) (CIRCULACIÓN DE AGUA), QUE ACEPTE MUESTRA DE: SUERO/PLASMA, ORINA, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR), SANGRE TOTAL FLUIDO ORAL, HEMOLIZADO Y LÍQUIDO AMNIÓTICO, CON UN TIEMPO DEL CICLO DE MUESTREO DE 30 S, CON UN VOLUMEN DE PIPETEO DE LAS MUESTRAS DE 4-60 μ L (PASOS DE 1 μ L), CON DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO, DETECCIÓN DE COÁGULOS Y DETECCIÓN DE ASPIRACIÓN DE AIRE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138226	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA RUTINA TIPO 5 CON REACTIVO/BANDEJA DE MUESTRA: 80 POSICIONES PARA REACTIVOS Y 40 POSICIONES PARA MUESTRAS EN COMPARTIMIENTO REFRIGERADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138227	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE INMUNOLOGÍA TIPO 1, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON MODOS DE MEDIDA DE ABSORBANCIA ESPECIOFOTOMÉTRICA TURBIDIMETRÍA. FLUORESCENCIA POLARIZADA. ELECTRODOS SELECTIVOS DIRECTOS E INDIRECTOS, CON FUNCIONAMIENTO ANALIZADOR SELECTIVO DE MUESTRAS DE FLUJO CONTINUO Y ALEATORIO, CON UN RENDIMIENTO DE HASTA 300 PRUEBAS/HORA HASTA 400 PRUEBAS/HORA CON ISE, VOLUMEN DE MUESTRA DE 2-10 μ L. ISE: 97 μ L (INDIRECTO), 20 μ L (ORINA), CON CAPACIDAD PARA 90 MUESTRAS, TIPO DE MUESTRAS: SUERO, PLASMA, ORINA, LCR, HEMOLIZADO, SANGRE TOTAL (HBA1C), CON CAPACIDAD DE REACTIVOS EN EL SISTEMA DE 32 CASSETES, CON UNA REFRIGERACIÓN DE CASSETES DE 10-15 $^{\circ}$ C, CON FORMATOS DE 50-1000 TESTS POR CASSETE, DEPENDIENDO DE LA PRUEBA. CASSETE ÚNICO PARA TODAS LAS PRUEBAS, PUREZA DE AGUA TIPO NCCLS I, DESTILADA O BIDESTILADA > 0.6 M Ω CM Ó <1.5 μ S/C., <0.05 SILICATO (MG/LSO2). MÁX. CONTENIDO MICROBIOLÓGICO 10 UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS/ML PARTÍCULAS (>0.02 μ M)< 500/L), CON ALIMENTACIÓN VÍA RESERVATORIO EXTERNO O POR CONEXIÓN DIRECTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138228	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA UROANÁLISIS TIPO 1, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANALIZADOR QUÍMICO DE ORINA TOTALMENTE AUTOMATIZADO, CON PRUEBAS ANALIZADAS: GRAVEDAD ESPECÍFICA, PH, PROTEÍNA, GLUCOSA, LEUCOCITOS, NITRITOS, UROBILINÓGENO, CREATININA, ALBUMINA, COLOR Y CLARIDAD. ESPECIFICACIONES DE ENERGÍA: 100 -240 VCA 48-62 HZ. SISTEMA ÓPTICO: CÁMARA DIGITAL A COLOR QUE ADQUIERE IMÁGENES CON UNA RESOLUCIÓN DE UN MEGAPÍXEL (1400 X 750 PÍXELES), Y UNA FUENTE DE LUZ LED. CALIBRACIÓN: PROCESO MANUAL DIARIO QUE UTILIZA CUATRO SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN; EL SISTEMA CONCLUYE LA CALIBRACIÓN UTILIZANDO AJUSTES DE REFERENCIA ESTABLECIDOS DE FÁBRICA PARA CADA COMPRESA DE PRUEBA PARA GARANTIZAR UN ÓPTIMO RENDIMIENTO. CAPACIDAD: HASTA 240 MUESTRAS POR HORA. CAPACIDAD DE PRUEBA STAT: DISPONIBLE. CAPACIDAD DE CARGA DE MUESTRA 200 TUBOS. ENTRADA DE IDENTIFICADOR DE MUESTRA: MANUAL, CÓDIGO DE BARRAS O DESCARGA DEL LIS. PRUEBAS POR CASSET: 450 MÍNIMO; HASTA 464. COMPUTADORA INTEGRADA CON MEMORIA: 7,500 RESULTADOS DEL PACIENTE; 200 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN 200; 400 RESULTADOS DE CONTROL. INTERFAZ ASTM Y HL7, PANTALLA TÁCTIL A COLOR CON BRILLO AJUSTABLE. LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS PUERTOS: 4 USB, ETHERNET, 3 SERIES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138229	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA UROANÁLISIS TIPO 2, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO. LECTOR DE TIRAS. VELOCIDAD PROMEDIO: 500 MUESTRAS POR	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 41 Y 44**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			HORA. MÉTODOS MEDIDOS: LEUCOCITOS, GLUCOSA, PH, ERITROCITOS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, UROBILINÓGENO, BILIRRUBINA, NITRITOS, PROTEÍNAS, CUERPOS CETÓNICOS. MUESTRAS: ORINA. TIEMPO DE LECTURA: 7 SEG. PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, PANTALLA INTEGRADA AL EQUIPO. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS: SI (OPCIONAL). SOFTWARE: EN ESPAÑOL. CONTROL DE CALIDAD: CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO. MEMORIA: 500 PACIENTES Y 200 CONTROLES. METODOLOGÍA: FOTOMETRÍA DE REFLEXIÓN. IMPRESORA INTEGRADA AL EQUIPO. REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS: 110 / 120 VOLTS. 50/ 60 HZ. INTRODUCCIÓN DE DATOS: ID PACIENTE, ID OPERADOR. REGULADOR DE VOLTAJE: CUENTA CON UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 30 MIN. INTERFASE: SE PUEDE INTERFASAR. CALIBRACIÓN: CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA AL LEER LAS TIRAS REACTIVAS. LONGITUDES DE ONDA: AZUL (400 A 510 NM), VERDE (510 A 586 NM), ROJO (586 A 660 NM) E INFRARROJO (825 A 855 NM). DEPÓSITO DE MUESTRAS: SE COLOCAN TIRAS REACTIVAS DIRECTAMENTE EN EL EQUIPO. CARACTERÍSTICAS: REPORTE DE ASPECTO Y COLOR. IDENTIFICA ERITROCITOS INTACTOS Y HEMOLIZADOS. EN EL REPORTE SE PUEDE INCLUIR EL SEDIMENTO URINARIO. DEPÓSITO PARA DESECHOS DE TIRAS REACTIVAS. REFACCIONES: CUENTA CON REFACCIONES COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS: ACCESORIOS DE LA MARCA. CONSUMIBLES: CUENTA CON CONSUMIBLES. OPERACIÓN DEL EQUIPO: PERSONAL ESPECIALIZADO DE LABORATORIO. MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CAPACITADO. ¿SE ACEPTA?	
1138230	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA UROANÁLISIS TIPO 2, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO LECTOR DE TIRAS Y MICROALBÚMINA. SEMIAUTOMÁTICO. PARA REALIZAR PRUEBAS DE UROANÁLISIS. VELOCIDAD PROMEDIO: 60 MUESTRAS POR HORA. MÉTODOS MEDIDOS: LEUCOCITOS, NITRITOS, PH, ERITROCITOS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, CETONA, BILIRRUBINA, GLUCOSA, UROBILINÓGENO, PROTEÍNAS. MICROALBÚMINA (MIDE ALBÚMINA, CREATININA Y RELACIÓN A/C). MUESTRAS: ORINA. PANTALLA: SENSIBLE AL TACTO. TIEMPO DE LECTURA: 60 SEG. SOFTWARE EN ESPAÑOL. CONTROL DE CALIDAD: CONTROL NORMAL Y ANORMAL. MEMORIA: 200 PACIENTES Y 200 CONTROLES. REPORTE DE TIRA DE MICROALBÚMINA: ALBÚMINA 10, 30, 80, 150 MG/L. CREATININA 30, 100, 200, 300 MG/DL. RELACIÓN ALBÚMINA/ CREATININA CALCULADA < 30, 30 -300, > 300 MG/G. METODOLOGÍA: FOTOMETRÍA DE REFLEXIÓN. LONGITUDES DE ONDA: LONGITUDES DE ONDA 470, 525, 565, 625, 660 Y 845 NM. IMPRESORA: INTEGRADA AL EQUIPO. PARÁMETROS CALCULADOS: RELACIÓN ALBÚMINA/ CREATININA. REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 110 V Ó 6 PILAS AA. INTRODUCCIÓN DE DATOS: ID DE PACIENTE, ID DE OPERADOR. INTERFASE: UNIDIRECCIONAL. CALIBRACIÓN: AUTOMÁTICA AL INGRESAR LA TIRA REACTIVA. CARACTERÍSTICAS: IDENTIFICA ERITROCITOS INTACTOS Y HEMOLIZADOS. EN EL REPORTE SE PUEDE INCLUIR COLOR Y ASPECTO DE LA MUESTRA. REFACCIONES: CUENTA CON REFACCIONES COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS: ACCESORIOS DE LA MARCA. CONSUMIBLES: CUENTA CON CONSUMIBLES DE LA MARCA. OPERACIÓN DEL EQUIPO: PERSONAL ESPECIALIZADO DE LABORATORIO. MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CAPACITADO. CUENTA CON REGULADOR DE VOLTAJE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138231	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA UROANÁLISIS TIPO 3, DERIVADO DE LA CARENCIA DE CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA CONVOCATORIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANALIZADOR DE ORINA SEMI-AUTOMÁTICO. TENSIÓN NOMINAL: 10-240 V, FRECUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ. TIPO DE MÉTODO DE MEDICIÓN: FOTÓMETROS DE REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE PRUEBA: MODO RUTINARIO: 36 PRUEBAS/HORA, MODO RÁPIDO: 300 PRUEBAS/HORA. CAPACIDAD DE MEMORIA: DATOS DE 2000 PACIENTES. PANTALLA TFT LCD DE 4.3". IMPRESORA TÉRMICA DE ALTA VELOCIDAD. INTERFASE BIDIRECCIONAL. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, IMPRESORA EXTERNA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138232	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE HORMONAS TIPO 1 DE RUTINA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 25 POSICIONES DE REACTIVOS LE PERMITEN EJECUTAR SIMULTÁNEAMENTE DIFERENTES ENSAYOS Y AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD CUANDO SEA NECESARIO, COMBINA LAS VENTAJAS DE ALTA SENSIBILIDAD, ALTO RENDIMIENTO Y TRAZABILIDAD COMPLETA EN UN ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO ESPECIALIZADO, COMPACTO Y TOTALMENTE AUTOMATIZADO, RENDIMIENTO DE HASTA 171 PRUEBAS POR HORA, EL TIEMPO PARA OBTENER EL PRIMER RESULTADO ESTÁN SOLO 17 MINUTOS, MONITOR TÁCTIL COMPLETO CON PC INTERNO, CARGA CONTINUA REAL DE TODOS LOS CONSUMIBLES, EMBUDO DE RECIPIENTES DE REACCIÓN DESECHABLES 2 Y PIPETEO DOBLE DESECHABLE, MATRICES: SUERO/PLASMA/ORINA/HECES, LCR, DETECCIÓN DE AGOTAMIENTO DE MUESTRA, COÁGULOS Y BURBUJAS DE AIRE, CARGUE HASTA 25 ENSAYOS DIFERENTES	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 41 Y 44**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SIMULTÁNEAMENTE, CONTROL MEDIANTE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA(RFID), ALMACENAMIENTO REFRIGERADO A BORDO. ¿SE ACEPTA?	
1138233	TÉCNICO	1 (UNO) A	CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR UNA LIBRE COMPETENCIA Y ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD PARA EL SERVICIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPAMIENTO DE PAISES QUE NO CUENTEN CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO CON MÉXICO. LO ANTERIOR, BAJO EL ENTENDIDO DE QUE DICHOS EQUIPOS CUMPLIRÁN Estrictamente con la totalidad de los requisitos técnicos solicitados en las bases. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138234	TÉCNICO	NUMERAL 2.1. CALIDAD LICENCIAS Y PERMISOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LO SIGUIENTE, PARA EL RESUMEN DE EQUIPOS Y BIENES DE CONSUMO CONFORME AL "ANEXO 6 (SEIS) EQUIPAMIENTO" NO SE IDENTIFICA UN FORMATO EN ESPECÍFICO A LLENAR. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ESTE RESUMEN SE PUEDE PRESENTAR EN FORMATO LIBRE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
1138672	TÉCNICO	ANEXO 1 (REQUERIMIENTO)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENVIAR A LABORATORIO DE REFERENCIA, LOS ESTUDIOS QUE TENGAN UNA DEMANDA MENOR A 50 PRUEBAS POR MES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE CUENTE CON PRUEBA MANUAL EN EL MERCADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA UNA PRUEBA DE URGENCIAS, NO ES LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1138673	TÉCNICO	ANEXO 4 (CUATRO) "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO"	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE LO SIGUIENTE: DEBEMOS ENTENDER QUE LAS PRUEBAS A CONSIDERAR PARA PROCESO SON LAS QUE VIENEN INCLUIDAS EN EL REQUERIMIENTO QUE CUENTAN CON DEMANDA Y NO LAS PRESENTADAS EN EL MENU DEL ANEXO 4 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION

-----ooOoo-----

Por la importancia que reviste el foliado de las propuestas Técnico-Económicas, se reitera a los Licitantes foliar todas y cada una de las hojas que conformen su propuesta Técnico-Económica.

Se hace la observación que por parte del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejoras de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones se tuvo conocimiento y participación de la presente acta de manera virtual. Así mismo, se informa que no hubo participación por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 91 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se informa a los licitantes que la fecha límite de recepción de **REPREGUNTAS** a las respuestas emitidas en la presente junta de aclaraciones, será el día **22 de junio del 2026**, hasta las **14:00** horas.

Después de dar lectura a la presente Acta, y no habiendo otro asunto que tratar, se concluye el acto de Junta de Aclaraciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026;



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN I, 41 Y 44**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO.

siendo las 13:00 horas del mismo día y año, levantando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, con fundamento en el artículo 44 último párrafo y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron, informándoles que podrán consultarla a través del sistema electrónico de compras gubernamentales (<https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/compras-mx>).

FIRMAS ELECTRÓNICAS DE LOS FUNCIONARIOS:

NOMBRE	CARGO
L.A.E. SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGÓN	TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LIC. ERNESTO ANTONIO HOOPER ARVIZU	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ING. JUAN ALBERTO TORRES BAUTISTA	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
L.D. JULIA BAUTISTA ORTEGA	ADSCRITA A LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras Mx



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026|SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON|BAAS721027KA2|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|d004696657dac20c9a0c9707b95f308a2595d85830d2cb80e986a9beff89a729|19-06-2026 16:39:18||

FIRMA ELECTRÓNICA:
MH0TbFAR64rvFRyYQ+9hxISKemGvB/f0kRdw8gPEYVf9MTz5LiaXuL8njmCXXzCHI0vfQva40fTucTZLHAU5UCZvV6bPzAJdZExx2ZyTMX8MA8uu35DqRLQd5/ZtPdza8/z1M92hdWuB3HluPkZUYIT1P1g+J21v1sS0EWCmG5PEqvW+VrsmYNwQG5Laokq8k/a2g5NBHFv7f5CmbeP0U7YagF0xyhyUMNB50Yd0pVbgnA16cPQbmd8jgtwTATZKoM1NP68290hEt7KLtXmtYDDlf/SwFn4UWfXx2YBMxXYNoqGaMmweek10dPHlwPswT9k6LBv9qnaaJRLVG1fRJA==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
296713d1-680f-4efd-b589-8fa4ad18864e



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026|CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL SA DE CV|CPI9106184E5|PROVEEDOR|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|d004696657dac20c9a0c9707b95f308a2595d85830d2cb80e986a9beff89a729|19-06-2026 16:20:14||

FIRMA ELECTRÓNICA:
RDBlrYUaoJldw9ozEQEhdWpHafjRpl7pqhNc40Rzi8qjJiQeSy3AWa6KUC0qPRDv0f8CPqy0ayBfBH23sBC2Md9n+0SL8Ikc/BDLEcin/IHalFi6U9Hmxwb2RPHswICVbZekxcCNyW0eEdnXxdZEP1bM2y6CmQs90kg2nYmQZ3qnthtmrk1auEead4m65ckn1c0L9L/A9HKYwRkgFahyGiVwMP1ms9sSfS62uzwS6Zy1+F90JuoI4Nkf4hVdA7QI6WHq7Cz2x90qr12od+V1SLPED4RnVo1ktPbtuIDX+g06sDhYPzbt1MIpyLceP6LnJ6FimsRtFAHF25V/4vaQ==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
c5f272cf-f6cc-442e-9128-33294de1c59b



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026|ERNESTO ANTONIO HOOPER ARVIZU|HOAE820613GF0|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|d004696657dac20c9a0c9707b95f308a2595d85830d2cb80e986a9beff89a729|19-06-2026 15:56:30||

FIRMA ELECTRÓNICA:
Bh4Z/HKt0777SzoHG35s2rCFLSfa22rQyWitV3HEhnlCVg8HYc/RAjj8s1txZuLiP4f61mrBFbTfz34y0jVXR0AeJenF511dGmHmUyFL5tLN4FqoPYbXCCxFSdq/PKQlU8xldq+cykjdKJnkCmmWa18v/KSLtbu6ne6vW6+TLz6LcdXjn+qD2ndo8xpKZxbLE/34dfQ19YaX43UbkXZ0q/1JXmqf3tHoEPgaJhPvBz+ZAI0KYb3E/1tb/1pl1DndmLnawIezfK09JP1x8yE0NcCzMT1Xc1pQbddd0Cmu1X0NzXu1cMsa0so5pxQ1YDSz9Hgem0RF8H/sEtJlZvFw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
07156dee-6b26-49b0-8227-d6687957e77f



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR013-N-117-2026|JUAN ALBERTO TORRES BAUTISTA|TOBJ860321C93|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|d004696657dac20c9a0c9707b95f308a2595d85830d2cb80e986a9beff89a729|19-06-2026 16:54:07||

FIRMA ELECTRÓNICA:
e050Cn75wE1S/G4fWLXwpYb81KoMyACdqnpk18pv1BE2X94ncw4n1f2P6wuy4rchbqaE5k1fHNKak3l0x3USk1vL5CXhVqhtfnQvn2ChiM7pg12/x8V1mz1JPPR0+11+d1xQ82BQgDe0LZwNmsLuK4fH8cQ83Y1p8VCf0UDTaUk1DPygZt23q80vpS1bn4g4lUJLg80KvCxpZmVcZ+P5Jue+yo8QRlKeqrm9oiXr74Pr21/n3asB3nw5s+6t661aZQnhISBt1FoDr+EU8fVgb3t4tFeGcVzMMXu+Ar7pgbEAp2TnErT97nflRCL1Bbm4UW15E1Gq9sM/faAoV1Lmg==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
e77d055c-0dc4-4a7b-badf-2fe1a9a411aa

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>