



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

En el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo las **13:00** horas del día **27 de mayo del 2025**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en **Boulevard Nuunita Nuú Yoo N°1227 Cabecera Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, código postal 71230 en el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca**; los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 Y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como a lo establecido en el punto **4** de la Convocatoria antes mencionada.

En uso de la palabra la **Lic. Sandra Isela Barzalobre Aragón, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, quien es autoridad competente para presidir el presente acto de conformidad con los artículos 134 párrafos 6 y 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 3 Fracción II del Reglamento de la referida Ley, artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social dio la bienvenida e hizo la presentación de los servidores públicos, formalmente iniciado el mismo.

Se comunica a los interesados que de conformidad con el **artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**, en concordancia con los **artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley**, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado a través de la **Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX**, por sí o en representación de un tercero **solicitudes de aclaraciones recibidas con 24 horas de anticipación a este acto**, se darán por recibidas caso contrario se procederá a su desechamiento.

Una vez efectuado lo anterior, se emite el **acta de junta de aclaraciones** de la convocatoria del proceso licitatorio en mención, dejando constancia en la presente, que se tuvo acceso a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal **Compras MX (buengobierno.gob.mx)**, a fin de verificar el envío y en su caso la recepción de solicitudes de aclaración y/o preguntas presentadas por este medio de comunicación electrónica, **constatándose que si existen solicitudes de aclaraciones recibidas por este medio electrónico**, se incluye en la presente acta el reporte emitido por dicho sistema:



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Exportar listado						
Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	ARTIMEDICA SA DE CV	09/05/2026 11:29	09/05/2026 11:32			
2	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	17/05/2026 20:09				
3	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	07/05/2026 14:14	08/05/2026 12:30			
4	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	06/05/2026 11:25	06/05/2026 12:45			
5	DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV	08/05/2026 11:50				
6	EDWARDS LIFESCIENCES MEXICO SA DE CV	07/05/2026 12:53				
7	IHT MEXICO SA DE CV	11/05/2026 12:26				
8	INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP SA DE CV	11/05/2026 17:35				
9	INTEGRA 224 SA DE CV	19/05/2026 09:57				
10	MEDICAL LIFE SUPPLY SA DE CV	07/05/2026 17:24	07/05/2026 17:25			
11	OSCAR ANDRES GARCIA LOZADA	19/05/2026 22:14				
12	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	06/05/2026 09:26	06/05/2026 09:35			
13	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	06/05/2026 11:27				
14	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	06/05/2026 10:38	06/05/2026 10:38			

Esta convocante indica que, el licitante, **TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV**, únicamente manifestaron interés en participar, sin formular preguntas.

Así mismo se hace constar que **si existen** precisiones a las bases convocatoria de la convocatoria de la licitación mencionada en el rubro.

ACLARACIONES GENERALES

Se aclara a los licitantes que con la finalidad de garantizar la correcta integración de las propuestas económicas de los participantes en la plataforma digital de contrataciones públicas, se hace del conocimiento de los licitantes que se incorpora/habilita la partida número 7 dentro del requerimiento del procedimiento con el nombre de **INSUMOS SUCEPTIBLES DE ASIGNACIÓN** a efecto de permitir su captura y cotización correspondiente, la presente precisión forma parte integrante de la convocatoria para todos los efectos legales y administrativos conducentes y no modifica las condiciones esenciales, características técnicas ni criterios de evaluación previamente establecidos.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Se adjunta un archivo en el apartado de “**ANEXOS DE JUNTA DE ACLARACIONES**” con los archivos en editables más adelante mencionados que corresponden al **ANEXO 4 (CUATRO) FORMATOS.**

DICE:

6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

- I. Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el numeral Anexo T1 y Anexo 1 “A” y Anexo 4 el cual forma parte de estas bases.

...

DEBE DECIR:

6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

- II. Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el numeral Anexo T1 y **Anexo 1 (UNO) “A” PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN** y Anexo 4 el cual forma parte de estas bases.

...

.....

DICE:

1 (UNO) “A” PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

La prestación de los servicios se describe en el siguiente archivo denominado Términos y condiciones:

...

DEBE DECIR:



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

ANEXO 1 (UNO) “A” PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

La prestación de los servicios se describe en el siguiente archivo denominado Términos y condiciones:

...

.....

DICE:

2.1. CALIDAD, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

ANEXO TÉCNICO

3.2 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS

La conformación del “Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiología Intervencionista” (SMI para HERI) se contemplan 8 procedimientos, ...

DEBE DECIR:

2.1. CALIDAD, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

ANEXO TÉCNICO

3.2 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS

La conformación del “Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiología Intervencionista” (SMI para HERI) se contemplan **6 procedimientos**, ...

.....

DICE:

Anexo T1 (Uno) REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINÁMICA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA A SEPTIEMBRE 2026



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Clave OOAD/UMAE	OOAD/UMAE	Clave Presupuestal	Tipo	Localidad	Clave Procedimiento	Procedimiento	Mínimo 2026	Máximo 2026
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.001	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico adulto femoral	3	6
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.003	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico por técnica radial adulto.	24	59
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.004	Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balón.	18	45
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.010	Procedimiento para cierre de PCA con oclisor adulto o pediátrico.	1	2
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.028	Procedimiento para colocación de filtro de vena cava.	1	2
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.029	Procedimiento de cateterismo diagnóstico periférico.	1	2
							47	116

DEBE DECIR:

Anexo T1 (Uno) REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINÁMICA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA A SEPTIEMBRE 2026

Clave OOAD/UMAE	OOAD/UMAE	Clave Presupuestal	Tipo	Localidad	Clave Procedimiento	Procedimiento	Mínimo 2026	Máximo 2026
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.001	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico adulto femoral	3	6
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.003	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico por técnica radial adulto.	24	59
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.004	Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balón.	18	45
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.010	Procedimiento para cierre de PCA con oclisor adulto o pediátrico.	1	2
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.028	Procedimiento para colocación de filtro de vena cava.	1	2
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.029	Procedimiento de cateterismo diagnóstico periférico.	1	2
							48	116

.....



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

DICE:

ANEXO 4 (CUATRO) FORMATOS

Anexo T1

Requerimiento del Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiología Intervencionista.

Clave OOAD/UMAE	OOAD/UMAE	Clave Presupuestal	Tipo	Localidad	Clave Procedimiento	Procedimiento	Mínimo 2026	Máximo 2026
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.001	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico adulto femoral	3	6
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.003	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico por técnica radial adulto.	24	59
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.004	Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balón.	18	45
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.010	Procedimiento para cierre de PCA con ocluser adulto o pediátrico.	1	2
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.028	Procedimiento para colocación de filtro de vena cava.	1	2
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.029	Procedimiento de cateterismo diagnóstico periférico.	1	2
							47	116

DEBE DECIR:

Anexo T1 (Uno) REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINÁMICA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA A SEPTIEMBRE 2026

Clave OOAD/UMAE	OOAD/UMAE	Clave Presupuestal	Tipo	Localidad	Clave Procedimiento	Procedimiento	Mínimo 2026	Máximo 2026
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.001	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico adulto femoral	3	6
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.003	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico por técnica radial adulto.	24	59
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.004	Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balón.	18	45
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.010	Procedimiento para cierre de PCA con ocluser adulto o pediátrico.	1	2
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.028	Procedimiento para colocación de filtro de vena cava.	1	2
21	OAXACA	210201012151	HGZ	OAXACA DE JUAREZ	60.01.029	Procedimiento de cateterismo diagnóstico periférico.	1	2
							48	116



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

DICE:

CLAVE	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO
60.01.1047	Balones periféricos de uso venoso en diversos diámetros y longitud es (6mm a 24mm de diámetro y diversas longitudes) de bajo perfil para introductores 4
60.01.823	Catéter balón periférico no complaciente o alta presión de 1.5 mm a 4 u 8 mm de diámetro para guía 0.014
60.01.824	Catéter balón periférico no complaciente o alta presión de 3mm a 12 mm de diámetro para guía 0.035
60.01.863	Cuerda guía 0.018 ó 0.014
60.01.865	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en
60.01.985	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia y rígida, con recubrimiento hidrofílico de 0.014
60.01.868	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, rígida alto gramaje 6 a 14 gramos de 0.014
60.01.984	Guía hidrofílica con núcleo de nitinol con cubierta de poliuretano 0.035
60.01.900	Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea, calibre dentro del rango de 4 a 8 Fr.
60.01.931	Micro guía de 0.014
60.01.961	Stent diferentes diámetros y longitudes, auto expandible, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guía 0.035
60.01.962	Stent no medicado diferentes diámetros y medidas.
60.01.031	Trombectomía Pulmonar.

ANEXO 4 (CUATRO) FORMATOS

Anexo T4

Bienes de Consumo Básico y Complementario.

(SOLO SE MENCIONAN LAS CLAVES QUE VAN A SUFRIR MODIFICACIÓN, EL RESTO DE CLAVES NO MENCIONADAS PERMANECE SIN CAMBIO Y NO SE ESTAN EXCLUYENDO DEL REQUERIMIENTO)

...

DEBE DECIR:

ANEXO 4 (CUATRO) FORMATOS

Anexo T4



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

Bienes de Consumo Básico y Complementario.

(SOLO SE MENCIONAN LAS CLAVES QUE VAN A SUFRIR MODIFICACION, EL RESTO DE CLAVES NO MENCIONADAS PERMANECE SIN CAMBIO Y NO SE ESTAN EXCLUYENDO DEL REQUERIMIENTO)

CLAVE	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO
60.01.1047	Balones periféricos de uso venoso en diversos diámetros y longitud es (6mm a 24mm de diámetro y diversas longitudes) de bajo perfil para introductores 4 a 9 Fr. y balones no complacientes. Con sistema 0.035".
60.01.823	Catéter balón periférico no complaciente o alta presión de 1.5 mm a 4 u 8 mm de diámetro para guía 0.014" presentar medidas intermedias y de 20 a 200 mm o 220mm de longitud. Uso: angioplastia percutánea transluminal de vasos periféricos infrapoplíteos.
60.01.824	Catéter balón periférico no complaciente o alta presión de 3mm a 12 mm de diámetro para guía 0.035" presentar medidas intermedias y de 20 a 80 ó 100 ó 120 ó 200 mm o 220mm de longitud. uso: angioplastia percutánea transluminal de vasos periféricos femorales o CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE DE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 12MM DE DIÁMETRO Y DE 20 A 200 MM DE LONGITUD.
60.01.863	Cuerda guía 0.018 ó 0.014" punta recta con alto gramaje.
60.01.865	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, 0.035" longitud opcional de 150, 260 ó 300 cm. Estéril y desechable.
60.01.985	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia y rígida, con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro con 300cm de longitud.
60.01.868	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, rígida alto gramaje 6 a 14 gramos de 0.014" de diámetro ó punta cónica de 1 a 6 gramos y 180cm o 190cm de longitud o CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, EXTRA RÍGIDA DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 182 CM DE LONGITUD
60.01.984	Guía hidrofílica de 0.035 o 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del medico.
60.01.900	Introduccion de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutánea, 4 a 8 French, longitud opcional de 10 ó 16 ó 25 cms. Con guía vascular 0.021 a 0.032"
60.01.931	Micro guía de 0.014", longitudes de 150 ó 180 ó 182 ó 300 cm con recubrimiento hidrofílico diferentes características de navegabilidad y diferentes puntas.
60.01.961	Stent diferentes diámetros y longitudes, auto expandible, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guía 0.035", 0.014", 0.018". (para uso vascular general) o stent diferentes diámetros y longitudes, autoexpandible, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014" (para uso vascular general).
60.01.962	SE ELIMINA ESTA CLAVE
60.01.031	Trombectomía Pulmonar que incluye: un catéter de aspiración o drenaje de gran calibre diseñado con tecnología de infusión continua para el alojamiento directo de fármacos o succión mecánica en la arteria afectada, un catéter de dilatación con balón de arrastre hidrofílico de alta distensibilidad para la fragmentación y extracción endovascular del trombo, un catéter guía de soporte extra con recubrimiento de teflón y punta suave direccionable de curvas específicas (como tipo IMP o multipropósito) para la navegación segura a través de las cavidades derechas del corazón, y una camisa o vaina introductora de alto flujo con válvula hemostática y diámetros franceses expandidos (entre 8 Fr y 24 Fr según la técnica de succión elegida) que permite el acceso percutáneo seguro por vía venosa femoral o yugular sin pérdida de volumen sanguíneo.

...



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

DICE:

ANEXO 4 (CUATRO) FORMATOS

Anexo T4

Formato T21. Propuesta para la Evaluación Técnico/documental.



Formato T21
Propuesta para la Ev:

Formato T33 Relación del 80% de RSS para la presentación de la Propuesta Técnica



Formato T33
Relación del 80% de l

Formato T34 Relación del 80% de Certificados de Calidad para la presentación de Propuesta Técnica.



Formato T34
Relación del 80% de l

DEBE DECIR:

ANEXO 4 (CUATRO) FORMATOS

Anexo T4



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Formato T21. Propuesta para la Evaluación Técnico/documental.



Formato T21
 Propuesta para la Eva

Formato T33 Relación del 80% de RSS para la presentación de la Propuesta Técnica.



Formato T33
 Relación del 80% de f

Formato T34 Relación del 80% de Certificados de Calidad para la presentación de Propuesta Técnica.



Formato T34
 Relación del 80% de c

En cumplimiento a lo dispuesto en el **artículo 34** cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al punto 4 de la Convocatoria, se procedió a dar respuesta a todas y cada una de las preguntas presentadas en tiempo y forma por el licitante participante, las cuales se transcriben íntegramente con el nombre del licitante que las manifiesta, y sus respectivas respuestas:

LICITANTE: ARTIMEDICA SA DE CV

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ACIDO POLIGLICOLICO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO HEMOSTATICO PARA CIERRE VASCULAR FEMORAL A BASE DE POLIETILENGLICOL (PEG), TOTALMENTE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE PEG POLIETILENGLICOL (CAT: COLAGENO O ACIDO POLIGLICOLICO). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	EXTRAVASCULAR Y ABSORBIBLE 5 Y 6/7 FR 60.01.894 GUÍA DE PRESIÓN. FLOPPY DE .014 POR 185 O 190CM DE LONGITUD O MICRO CATÉTER CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN QFR (ANÁLISIS FUNCIONAL DE ESTENOSIS CORONARIA) SIENDO UN PROCEDIMIENTO NO INVASIVO QUE PERMITE OBTENER RESULTADOS EQUIVALENTES A LA GUÍA DE PRESIÓN SIN AFECTAR AL PACIENTE.	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE PROCEDIMIENTO QFR ANALISIS FUNCIONAL (CAT: GUÍA DE PRESION FLOPPY 0.014 O MICROCATETER). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS.	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO (CAT: EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO CON POLÍMERO BIODEGRADABLE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO CON POLIMERO BIODEGRADABLE (CAT: EVEROLIMUS O SIROLIMUS EN PLATINO-CROMO O COBALTO-CROMO, POLIMERO BIOABSORBIBLE). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

LICITANTE: CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
TÉCNICO	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL	ANEXO 4 (CUATRO) FORMATOS FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL "FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL" A UTILIZAR ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO WORD DEL ANEXO 4 (CUATRO) FORMATOS, FORMATOS PARA REPORTES DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINÁMICA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA. ADJUNTO A LA CONVOCATORIA DENOMINADO "FORMATOS_SMI_PARA_HERI_2025.DOCX" ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL FORMATO T21 QUE APARECE EN "FORMATOS_SMI_PARA_HERI_2025.DOCX" ES UN GENERICO, SIN EMBARGO LOS FORMATOS ESPECIFICOS PARA SU PROPUESTA TECNICA ESTAN INCLUIDOS EN EL ARCHIVO EXCEL QUE APARECE EN EL ANEXO 4 FORMATOS, FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TÉCNICO/DOCUMENTAL.
TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, TERMINOS Y CONDICIONES	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, TERMINOS Y CONDICIONES DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO II.- Y III.- 6. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO. 6.1 BIENES DE CONSUMO BÁSICO 6.1.1. Y 6.1.2. 6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 6.2.1. Y 6.2.2. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LIBRE VENTA, ASI COMO LOS CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ETC. EN CONCENTRADOS UNICOS DE REGISTROS, CERTIFICADOS Y CATALOGOS, ESTO DEBIDO AL POCO TIEMPO QUE HAY PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS POR LO	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LIBRE VENTA, ASI COMO CATALOGOS, FOLLETOS Y MANUALES PUEDA PRESENTARSE EN CONCENTRADOS UNICOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS PARA FACILITAR SU REVISION, SIEMPRE Y CUANDO CADA DOCUMENTO SEA IDENTIFICABLE Y VINCULADO A LA CLAVE QUE ACREDITE.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		QUE SERIA IMPOSIBLE EL PRESENTAR LA DOCUMENTACION EN CARPETAS COMO SE SOLICITA ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, TERMINOS Y CONDICIONES	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, TERMINOS Y CONDICIONES DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO II.- Y III.- 6. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO. 6.1 BIENES DE CONSUMO BÁSICO 6.1.1. Y 6.1.2. 6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 6.2.1. Y 6.2.2. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LIBRE VENTA, ASI COMO LOS CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ETC. POR FAMILIA, ESTO DEBIDO AL POCO TIEMPO QUE HAY PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LIBRE VENTA, ASI COMO CATALOGOS, FOLLETOS Y MANUALES PUEDA AGRUPARSE POR FAMILIA DE PRODUCTOS DEBIDAMENTE REFERENCIADA, SIEMPRE Y CUANDO CADA DOCUMENTO SEA IDENTIFICABLE Y VINCULADO A LAS CLAVES QUE ACREDITE.
TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, TERMINOS Y CONDICIONES	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, TERMINOS Y CONDICIONES DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO II.- Y III.- 6. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO. 6.1 BIENES DE CONSUMO BÁSICO 6.1.1. Y 6.1.2. 6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 6.2.1. Y 6.2.2. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTANOS PERMITA PRESENTAR LAS TRADUCCIONES UNICAMENTE DE LA HOJA(S) DONDE ESPECIFIQUE EL ALCANCE DE LOS CERTIFICADOS.	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBERA PRESENTAR LA TRADUCCION DE LO QUE PERMITA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, NO UNICAMENTE LA HOJA DEL ALCANCE. LA TRADUCCION DEBE SER SUFICIENTE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CERTIFICADO RESPECTO AL INSUMO QUE ACREDITA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, TERMINOS Y CONDICIONES	¿SE ACEPTA? CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, TERMINOS Y CONDICIONES DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO II.- Y III.- 6. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO. 6.1 BIENES DE CONSUMO BÁSICO 6.1.1. Y 6.1.2. 6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 6.2.1. Y 6.2.2. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA QUE EN EL CASO DE INSUMOS O ACCESORIOS O EQUIPOS O BIENES DE CONSUMO OPCIONALES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO Y SE AVALE CON EL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." DEL DOF - DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 24/12/2014, ES CORRECTO ENTENDER QUE TAMPOCO CONTARA CON ALGÚN CERTIFICADO DE CALIDAD, POR LO CUAL ESTOS PUNTOS SE CUBREN CON EL MISMO DOF Y EL NO PRESENTARLO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. PARA AQUELLOS INSUMOS, ACCESORIOS, EQUIPOS O BIENES DE CONSUMO QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO POR ESTAR INCLUIDOS EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PUBLICADO EN EL DOF, EL LICITANTE PODRA PRESENTAR DICHO ACUERDO DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL INSUMO QUE ACREDITE, EN SUSTITUCION DEL REGISTRO SANITARIO.
TÉCNICO	FORMATO T33 Y T34	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, TERMINOS Y CONDICIONES FORMATOS T33 Y T34 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTOS FORMATOS SERAN DE REFERENCIA YA QUE LOS RQUERIMIENTOS INDICADOS EN ESTOS FORMATOS NO COINCIDEN	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LOS FORMATOS T33 Y T34 SON DE REFERENCIA PARA LA ESTRUCTURA DE LLENADO. LA INFORMACION TECNICA QUE DEBE INCLUIRSE EN LA PROPUESTA CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO T4 Y NO A LO INDICADO EN DICHS FORMATOS. ASI MISMO SE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CON LOS SOLICITADOS EN EL ANEXO T4, POR LO QUE SOLAMENTE SE DEBERA DE TOMAR LA ESTRUCTURA PARA LLENAR LOS FORMATOS. ¿ES CORRECTO?	INFORMA QUE LOS FORMATOS PODRAN SER PRECISADOS EN LAS ACLARACIONES GENERALES.
TÉCNICO	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T1 Y T4 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARE PARA TODOS LOS LICITANTES LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS QUE SE REQUIEREN DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS, ESTO PARA LA REALIZACION DEL FORMATO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO SE COTIZAN CON CANTIDAD UNITARIA. LO ANTERIOR OBEDECE A QUE EL PERIODO DE CONTRATACION ES RECIENTE Y LOS CONSUMOS AUN NO SE HAN ESTABILIZADO PARA PODER DEFINIR MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS CON PRECISION. ADICIONALMENTE, EXISTEN CLAVES INDISPENSABLES DE TENER A DISPOSICION EN CASO DE REQUERIRSE PERO QUE SON DE BAJO CONSUMO, PARA LAS CUALES NO ES FACTIBLE DEFINIR CANTIDADES MINIMAS O MAXIMAS YA QUE SU USO ESTA DETERMINADO POR LAS NECESIDADES CLINICAS DE CADA PACIENTE Y SUS PADECIMIENTOS. EL PAGO DE LOS BCC SE REALIZARA CONFORME AL USO EN LOS CASOS QUE APLIQUE Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE, HASTA AGOTAR EL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES 1. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN. INCISOS B) Y C)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE UN PLAZO DE ENTREGA E INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÁS VIABLE, TODA VEZ QUE EL SOLICITAR QUE ESTE SEA COMO MÁXIMO AL DÍA 01 NATURAL POSTERIOR AL FALLO SOLO BENEFICIA AL LICITANTE QUE ACTUALMENTE PRESTA EL SERVICIO DEJANDO EN ESTADO DE DESIGUALDA AL RESTO DE LA PROVEEDURÍA	SE INFORMA AL LICITANTE QUE EXISTIO UN ERROR MECANOGRAFICO EN LAS BASES RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA E INICIO DEL SERVICIO. <u>EL PLAZO CORRECTO ES DE 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO.</u>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA PUNTO 9 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDIC	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECTIFIQUE EL CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTOS, TODA VEZ QUE LA PRESENTE ES UNA LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD Y POR ENDE DEBE SER EVALUADA A TRAVEZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES Y NO BINARIA . DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP ¿SE ACEPTA? EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA SEA CONTESTADA DE MANERA NEGATIVA, LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS MOTIVE Y FUNDAMENTE EL PORQUE DE LA MISMA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL SERVICIO A CONTRATAR CORRESPONDE A UN SEGUNDO NIVEL DE ATENCION MEDICA, NO A UNO DE TERCER NIVEL NI DE ALTA ESPECIALIDAD, PARA LO CUAL SOLO SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS HEMODINAMICOS BASICOS QUE NO AMERITAN CONDICIONES DE CONTRATACION ESPECIALIZADAS. ASI MISMO, LOS REQUISITOS SOLICITADOS TIENEN CARACTER DE BASICOS Y NO DE ALTA ESPECIALIDAD TECNICA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ESTANDARIZADOS EN EL MERCADO, ASI MISMO SE ESTAN EVALUANDO TODOS LOS PUNTOS QUE PERMITEN ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE ESPECIFICAN EN LAS LICITACIONES NACIONALES REALIZADAS POR PUNTOS Y PORCENTAJES, LO CUAL NO DEAMERITA LA EVALUACION DE LA CALIDAD REQUERIDA PARA ESTE SERVICIO. POR LO ANTERIOR EL CRITERIO DE EVALUACION BINARIO ES PROCEDENTE CONFORME A LA LAASSP.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.806, 60.01.823, 60.01.824, 60.01.840, 60.01.861, 60.01.863, 60.01.865, 60.01.868, 60.01.871, 60.01.881, 60.01.894, 60.01.931, 60.01.944, 60.01.948, 60.01.961, 60.01.978, 60.01.985, 60.01.1047 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA EL REVISAR LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PARA ESTOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS, YA QUE VARIOS DE ESTOS CUENTAN CON DESCRIPCIONES INCOMPLETAS O RECORTADAS CONFORME A LO SOLICITADO EN EVENTOS PREVIOS A LA LCITACION ACTUAL, POR LO QUE ALGUNAS DESCRIPCIONES CARECEN DE COHERENCIA PARA PODER OFRECER INSUMOS CONFORME SE HA SOLICITADO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS LISTADOS EN SU PREGUNTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VERIFICACION POR PARTE DE LA CONVOCANTE. EN CASO DE QUE ALGUNA DESCRIPCION HUBIERE SIDO TRUNCADA RESPECTO A EVENTOS PREVIOS, LA CONVOCANTE EMITIRA LA ACLARACION CORRESPONDIENTE EN LAS ACLARACIONES GENERALES CON LA DESCRIPCION COMPLETA. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES PARA EFECTOS DE LA PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.031 TROMBECTOMÍA PULMONAR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA MODIFICAR ESTE REQUERIMIENTO DEL LISTADO DE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS YA QUE EL MISMO SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO POR LO QUE SOLICITAMOS SEA CORREGIDO EL ANEXO T1 Y EL ANEXO T4 CONSIDERANDO ESTE REQUERIMIENTO CON LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS QUE SE REQUIEREN, ASI COMO EL LISTADO DE CONSUMIBLES QUE SE REQUERIRAN PARA EL MISMO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA DESCRIPCION DE LA CLAVE 60.01.031 SERA MODIFICADA EN LAS ACLARACIONES GENERALES. LA DESCRIPCION ACTUALIZADA SERA LA SIGUIENTE: INSUMOS PARA LA REALIZACION DE TROMBECTOMIA PULMONAR QUE INCLUYE: UN CATETER DE ASPIRACION O DRENAJE DE GRAN CALIBRE DISENADO CON TECNOLOGIA DE INFUSION CONTINUA PARA EL ALOJAMIENTO DIRECTO DE FARMACOS O SUCCION MECANICA EN LA ARTERIA AFECTADA, UN CATETER DE DILATACION CON BALON DE ARRASTRE HIDROFILICO DE ALTA DISTENSIBILIDAD PARA LA FRAGMENTACION Y EXTRACCION ENDOVASCULAR DEL TROMBO, UN CATETER GUIA DE SOPORTE EXTRA CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON Y PUNTA SUAVE DIRECCIONABLE DE CURVAS ESPECIFICAS (COMO TIPO IMP O MULTIPROPOSITO) PARA LA NAVEGACION SEGURA A TRAVES DE LAS CAVIDADES DERECHAS DEL CORAZON, Y UNA CAMISA O VAINA INTRODUCTORA DE ALTO FLUJO CON VALVULA HEMOSTATICA Y DIAMETROS FRANCESES EXPANDIDOS (ENTRE 8 FR Y 24 FR SEGUN LA TECNICA DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			SUCCION ELEGIDA) QUE PERMITE EL ACCESO PERCUTANEO SEGURO POR VIA VENOSA FEMORAL O YUGULAR SIN PERDIDA DE VOLUMEN SANGUINEO. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA CONFORME A LA DESCRIPCION ACTUALIZADA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.031 TROMBECTOMÍA PULMONAR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARE PARA TODOS LOS LICITANTES EL LISTADO DE BIENES DE CONSUMO BASICOS QUE SE REQUIEREN PARA ESTE PROCEDIMIENTO, YA QUE NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EN EL ANEXO T4, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA DESCRIPCION DE LA CLAVE 60.01.031 SERA MODIFICADA EN LAS ACLARACIONES GENERALES. LA DESCRIPCION ACTUALIZADA SERA LA SIGUIENTE: INSUMOS PARA LA REALIZACION DE TROMBECTOMIA PULMONAR QUE INCLUYE: UN CATETER DE ASPIRACION O DRENAJE DE GRAN CALIBRE DISENADO CON TECNOLOGIA DE INFUSION CONTINUA PARA EL ALOJAMIENTO DIRECTO DE FARMACOS O SUCCION MECANICA EN LA ARTERIA AFECTADA, UN CATETER DE DILATACION CON BALON DE ARRASTRE HIDROFILICO DE ALTA DISTENSIBILIDAD PARA LA FRAGMENTACION Y EXTRACCION ENDOVASCULAR DEL TROMBO, UN CATETER GUIA DE SOPORTE EXTRA CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON Y PUNTA SUAVE DIRECCIONABLE DE CURVAS ESPECIFICAS (COMO TIPO IMP O MULTIPROPOSITO) PARA LA NAVEGACION SEGURA A TRAVES DE LAS CAVIDADES DERECHAS DEL CORAZON, Y UNA CAMISA O VAINA INTRODUCIDORA DE ALTO FLUJO CON VALVULA HEMOSTATICA Y DIAMETROS FRANCESES EXPANDIDOS (ENTRE 8 FR Y 24 FR SEGUN LA TECNICA DE SUCCION ELEGIDA) QUE PERMITE EL ACCESO PERCUTANEO SEGURO POR VIA VENOSA FEMORAL O YUGULAR SIN PERDIDA DE VOLUMEN SANGUINEO. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA CONFORME A LA DESCRIPCION ACTUALIZADA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 4MM X 30MM



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 4 MM DE DIÁMETRO POR 30 MM DE LONGITUD, 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	LONG Y 150 CM LARGO (CAT: 1.00-4.5 MM, 6-30 MM, 130-155 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB61 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE SOLO 6 FR Y 110 CM, ASI MISMO UTILIZA LA CONJUNCION O PARA LAS PROPUESTAS DE MEDIDAS QUE PRETENDE OFERTAR, LO CUAL ES EXCLUYENTE Y NO CORRESPONDE A LAS MEDIDAS O RANGOS DE MEDIDAS SOLICITADAS EN EL CATALOGO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 6FR., LONGITUD 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5 O 4 O 5, AMPLATZ 1 O 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB62 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 6FR., LONGITUD 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERA ASA DE 3.5 O 4 O 5, AMPLATZ 1 O 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE SOLO 6 FR Y 110 CM, ASI MISMO UTILIZA LA CONJUNCION O PARA LAS PROPUESTAS DE MEDIDAS QUE PRETENDE OFERTAR, LO CUAL ES EXCLUYENTE Y NO CORRESPONDE A LAS MEDIDAS O RANGOS DE MEDIDAS SOLICITADAS EN EL CATALOGO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB85 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. Ó CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.018" Ó 0.035" Ó 0.038 " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO, 182 O 300 CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA"	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE 7 FR O 8 FR Y OMITE LONGITUDES 175, 180, 145, 150, 260 CM, CON LO CUAL EL USO DE LA CONJUNCION O PARA LAS PROPUESTAS DE ESPECIFICACIONES QUE PRETENDE OFERTAR ES EXCLUYENTE Y NO CORRESPONDE A LAS MEDIDAS O CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL CATALOGO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.808 BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN DE 30, 40 O 50 CC. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR 30 O 40 O 50 CC., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES POSIBLE ESTANDARIZAR A UNA SOLA MEDIDA Y RANGO LAS NECESIDADES PARTICULARES DE LOS PACIENTES Y DE ACEPTARSE DICHO CAMBIO, SE PONE EN RIESGO LA COMPATIBILIDAD DEL INSUMO CON LAS NECESIDADES CLINICAS, POR LO CUAL NO TIENE SUSTENTO CLINICO LA PROPUESTA DEL LICITANTE. SE ACLARA QUE DEBERA OFERTAR EL RANGO COMPLETO DE CAPACIDADES SOLICITADO: 30, 40 Y 50 CC.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.1041 CATETERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIAS	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE CALIBRE 5 O 6 FR (CAT: 4 O 5 FR) EXCLUYE 4 FR; CURVAS DIFERENTES HEAD-HUNTER/COBRA VS H1/JB1. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VISCERAL, SIMMONS, MAMARIA, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR, LONGITUD 100 A 110 CM., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.1043 SONDA PARA ECO INTRACARDIACO (INCLUYE USO DE EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO) PARA OTROS PROCEDIMIENTOS COMPATIBLES CON EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO. USO ADULTO Y PEDIÁTRICO LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (PHILIPS) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHA CLAVE PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, CLAVES Y/O EQUIPOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB82 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O ANGULADA., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE DE FORMA DOCUMENTAL QUE LA PUNTA ANGULADA HACE REFERENCIA A UNA CURVA SUAVE O EN J, APTA PARA NAVEGACION EN VASOS TORTUOSOS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LOS INTERESADOS"	
		¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB76 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO CON PUNTA RECTA O ANGULADA DE 0.035 A 0.038", LONGITUD 150-260 CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR GUIA HIDROFILICA CON NUCLEO DE NITINOL Y CUBIERTA HIDROFILICA, PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPONE GUIA HIDROFILICA CON PUNTA ANGULADA O RECTA SIN DIAMETRO NI LONGITUD (CAT: 0.035-0.038, 150-260 CM) DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACION TECNICA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB84 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE 175 O 180 CM Y OMITI LONGITUDES 145, 150, 260 CM, CON LO CUAL EL USO DE LA CONJUNCION O PARA LAS PROPUESTAS DE ESPECIFICACIONES QUE PRETENDE OFERTAR ES EXCLUYENTE Y NO CORRESPONDE A LAS MEDIDAS O CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL CATALOGO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO, 182 O 300 CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	¿SE ACEPTA? ANEXO T4 60.01.1047 BALONES PERIFÉRICOS DE USO VENOSO EN DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUD ES (6MM A 24MM DE DIÁMETRO Y DIVERSAS LONGITUDES) DE BAJO PERFIL PARA INTRODUCTORES 4 LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALONES PERIFÉRICOS DIÁMETROS DE 6MM A 10MM DE DIÁMETRO Y DIVERSAS LONGITUDES) DE BAJO PERFIL PARA INTRODUCTORES 5 A 6 FR. CON SISTEMA 0.035"., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE DIAMETRO 6-10 MM E INTRODUCTORES 5-6 FR (CAT: 6-24 MM DIVERSOS). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.1064 INTRODUTOR LARGO DE 30, 65 Y 85 CM TRENZADO DE INICIO A FIN, MARCA RADIOPACA DE PLATINO /IRIDIO, DILATADOR DE LDPE COMPATIBLE CON GUÍA 0.035", DE 12 Y 14 FR CUENTA CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y LLAVE DE TRES VÍAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR LARGO PARA DISPOSITIVOS GRANDES CALIBRES: DE 12 Y 14 FR, LONGITUDES DE 28 Y 65 CM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 28 Y 65 CM (CAT: 30, 65 Y 85 CM) EXCLUYE 85 CM Y CAMBIA 30 POR 28 ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.907 INTRODUCORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10CM OPCIONAL A 14CM CALIBRE. 6, 7 Y 8 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10CM OPCIONAL A 11CM CALIBRE. 6, 7 Y 8 FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 10-11 CM (CAT: 10CM OPCIONAL A 14CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.1057 KIT DE INTRODUTOR RADIAL CON PARED ULTRADELGADA LONGITUS OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR RADIAL CON PARED DELGADA, CUBIERTA HIDROFILICA, CALIBRES 5, 6 Y 7 FR Y LONGITUD DE 10 CM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE LONGITUD 10 CM UNICA (CAT: 10 O 16 O 25 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.1057 KIT DE INTRODUCTOR RADIAL CON PARED ULTRADELGADA LONGITUS OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (TERUMO) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PUEDE CONSIDERAR ESTA CLAVE DENTRO DEL 80% DE REGISTROS SANITARIOS OBLIGATORIOS Y ENTREGAR LOS FALTANTES DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO. ASI MISMO SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MARCAS CON CARACTERISTICAS EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO, NO UNICAMENTE LA MARCA TERUMO, EXISTIENDO OTRAS ALTERNATIVAS COMERCIALES COMO CORDIS O MERIT MEDICAL, ENTRE OTRAS. FAVOR DE REPLANTEAR SU PREGUNTA EN REPREGUNTAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.806 BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD O BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA DESCRIPCION DEL CATALOGO INCLUYE DOS TIPOS DE INSUMOS CON PROPOSITOS CLINICOS DIFERENTES: BALON CORONARIO CON PACLITAXEL Y BALON CORONARIO CON SIROLIMUS. EL LICITANTE DEBE OFERTAR AMBAS OPCIONES EN SU PROPUESTA TECNICA PARA CUBRIR EL TOTAL DE LAS NECESIDADES CLINICAS. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO AMBOS TIPOS.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.808 BALÓN DE CONTRA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		PULSACIÓN DE 30, 40 O 50 CC. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (MAQUET) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHA CLAVE PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, CLAVES Y/O EQUIPOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.818 BANDA DE COMPRESIÓN RADIAL. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA,	SE ACEPTA SU PROPUESTA, PARA LO CUAL DEBERA MANTENER CORRESPONDENCIA Y CONGRUENCIA LA REFERENCIA EN EL ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF CON EL INSUMO SOLICITADO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 07/07/2025 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.819 BOLSA ESTÉRIL PARA TUBO DE FLUOROSCOPIO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 07/07/2025 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. SE ACLARA QUE ESTE INSUMO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO POR SER CONSIDERADO DE BAJO RIESGO CONFORME AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.824 CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE O ALTA PRESIÓN DE 3MM A 12 MM DE DIÁMETRO PARA GUÍA 0.035""PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS Y DE 20 A 80 Ó 100 Ó 120 Ó 200 MM O 220MM DE LONGITUD.USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAR DE VASOS PERIFÉRICOS FEMORALES O CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE DE 3, 4 , 5 , 6, 7 , 8, 9,10 Y 12MM DE DIÁMETRO Y DE 20 A 200 MM DE LONGITUD.	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.824 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO PARA GUÍA 0.035 CON DIÁMETROS 3-12 MM Y LONGITUDES 20-200/220 MM PARA VASOS FEMORALES. FAVOR DE CONSULTAR LAS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALON PERIFERICO DE 3 A 12 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 20 100 O 120 MM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.861 CONSUMIBLES PARA ELECTROCOAGULACIÓN: ELECTRODO NEUTRO CON DOS ÁREAS DE CONTACTO Y LÁPIZ DE ELECTROCIRUGÍA O ELECTRODO NEUTRO DE DOS AREAS Y UN LAPIZ DE ELECTROCIRUGUIA CON 2 BOTONES. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERAR PLACAS DESECHABLES. PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA Y LAPIZ DESECHABLES MONOPOLARES, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE PLACAS DESECHABLES Y LAPIZ DESECHABLE MONOPOLAR (CAT: ELECTRODO NEUTRO 2 AREAS Y LAPIZ ELECTROCIRUGIA). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.837 CATÉTER GUÍA MULTIPROPOSITO 5, 6, 7 Y 8 FR. LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GUÍA MULTIPROPOSITO 5 Ó 6 Ó 7 U 8 Ó 9 FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE 5 O 6 O 7 U 8 O 9 FR (CAT EXIGE 5, 6, 7 Y 8 FR CONJUNTAMENTE) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.839 CATÉTER PARA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES EN OCT. INTRAVASCULAR Ó CATÉTER DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO DE TIPO MECÁNICA ROTATORIA DE 60 MHZ, DE ALTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DEFINICIÓN LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (ST JUDE CATETER DRAGONFLY) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	DICHA CLAVE PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, CLAVES Y/O EQUIPOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.840 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.20 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO, CON SISTEMA MONTADO EN GUÍA "OVER THE WIRE". LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 2.0 A 4.0 MM DE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE DOS OPCIONES CON O, PRIMERA EXCLUYE 1.20 MM INICIO DE RANGO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO, CON SISTEMA MONTADO EN GUÍA "OVER THE WIRE". O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.5 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 6 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.841 CATÉTER PARA SENO CORONARIO DE 5 A 7FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (ST JUDE) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHA CLAVE PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, CLAVES Y/O EQUIPOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.848 CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 8 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONGITUD. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE 4 HASTA 8 FR. Y UN RANGO DE 100 O 125 CMS DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 100 O 125 CM (CAT: HASTA 110 CM) - 125 FUERA RANGO Y OMITE 101-110 CM INTERMEDIO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.897 INTRODUTOR 18 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE 14 O 15 O 18 O 20 FR, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE 14 O 15 O 18 O 20 FR (CAT: 18 FR UNICO) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" O 0.038" LONGITUD 150CM O 260CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE 0.035 O 0.038, LONGITUD 150 O 260 CM (CAT TRUNCADO PERO REFERENCIA BCB71 PIDE Y). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE Y EXPANDIBLES CON BALÓN, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035"O 0.014"O 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES, AUTOEXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TITALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL). LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035"O 0.014" O 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL), SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.961 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: STENT AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL CON MARCAS DE TANTALIO COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035, 0.014 Y 0.018. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.868 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, RÍGIDA ALTO GRAMAJE 6 A 14 GRAMOS DE 0.014 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUIRIMIENTO CON UN RANGO EN SU LONGITUD DE 180 HASTA 182 CM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.868 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: MICROGUÍA 0.014 CON PUNTA CÓNICA GRAMAJE 1-6 G Y LONGITUDES 180/190/182 CM. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.875 ECOREALSADOR.O ECO CONTRASTE; SUBSTANCIA QUE SE INYECTA DURANTE UNA ECOCARDIOGRAFÍA REALZA LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS CON LA ECOGRAFÍA LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TÉCNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHA CLAVE PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (SONOVUE DE BRACCO) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, CLAVES Y/O EQUIPOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 F LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATETER GUIA INTERMEDIO DE 0.057", SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE CATETER GUIA INTERMEDIO 0.057 (CAT: EXTENSION COAXIAL 5-8 FR). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.898 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD ENTRE 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 24 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 24 A 45 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS”	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 24-45 CM (CAT: ENTRE 25-45 CM) - 24 FUERA RANGO; ALTERNATIVA CON O PARA CALIBRES ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.876 ELECTRODO MARCAPASO CON GLOBO DISTAL. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (ST JUDE) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS”	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHA CLAVE PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, CLAVES Y/O EQUIPOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.899 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14 CMS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA LONGITUD OPCIONAL DEBE OFERTARSE DE FORMA CONJUNTA: 11 Y 14 CM, NO DE FORMA EXCLUYENTE CON LA CONJUNCION O. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LAS NECESIDADES CLINICAS DE LOS PACIENTES. FAVOR DE REPLANTEAR SU PREGUNTA EN REPREGUNTAS ESPECIFICANDO LA OFERTA DE AMBAS LONGITUDES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 11 O 14 CMS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.900 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 8 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038", SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.900 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TECNICA PERCUTANEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CON GUIA VASCULAR DE 0.021 A 0.032. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.956 SONDA PARA ECO INTRACARDIACO (INCLUYE USO DE EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO)COMPATIBLE EL SISTEMA OFERTADO DE MAPEO 3D U OTROS PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURALES COMPATIBLES CON EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (NEO LASER) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035", 0.014", 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES, AUTOEXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TITALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL)., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE ALTERNATIVA CON TITANIO EN LUGAR DE TANTALIO (SEGUNDA OPCION). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.931 MICRO GUÍA DE 0.014 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA ODFERTAR MICROGUIA 0.014 , CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.931 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LONGITUD DE 205 CM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: MICROGUÍA 0.014 CON LONGITUDES 150/180/182/300 CM RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.941 PAQUETE UNIVERSAL DE ROPA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 07/07/2025 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. SE ACLARA QUE ESTE INSUMO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO POR SER DE BAJO RIESGO CONFORME AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF. SIN EMBARGO SE PRECISA QUE EL PAQUETE DE ROPA OFERTADO DEBE SER DESECHABLE, ESTERIL Y ESPECIFICO PARA USO EN SALA DE HEMODINAMIA, NO PUDIENDO OFERTARSE PAQUETE DE ROPA GENERICO O NO ESTERIL.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA CON CUALQUIER TIPO DE REVESTIMIENTO EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO O ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO O EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO., YA QUE LAS DIVERSAS MARCAS MANEJAN CON DIFERENTES RECUBRIMIENTOS, SIENDO UN LIMITANTO EL CUMPLIR CON TODOS LOS TIPOS SOLICITADOS. ¿ES CORRECTO?	QUE PROPONE CUALQUIER TIPO DE REVESTIMIENTO O ENTRE OPCIONES (CAT EXIGE LAS 3 PLATAFORMAS) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS 2.25 MM A 4.0 MM DE DIAMETRO X 13 A 38 MM DE LONGITUD, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPONE SIROLIMUS 2.25-4.0 MM DIAM X 13-38 MM LONG SIN ESPECIFICAR PLATAFORMA PLATINO-CROMO O COBALTO-CROMO DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACION TECNICA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.948 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CASO DEL ROTADOR DE CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA BASTARA CON SER INCLUIDO COMO PARTE DE UN KIT PARA EL PROCEDIMIENTO DE ACTP, ESTO YA QUE LO SOLICITADO NO TODAS LAS MARCAS LO COMERCIAN DE MANERA INDIVUAL, POR LO QUE SERIA UN LIMITANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL ROTADOR DE CUERDA GUIA PUEDE OFERTARSE DE FORMA INDIVIDUALIZADA O COMO PARTE DE UN KIT DE COMPONENTES, DEBIENDO ASEGURAR EN AMBOS CASOS LA COMPATIBILIDAD CON LA CUERDA GUIA DE 0.014 EXIGIDA POR EL CATALOGO VIGENTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.949 SET DE MICRO PUNCIÓN. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (COOK MEDICAL) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHA CLAVE PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, CLAVES Y/O EQUIPOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. SE ACLARA ADICIONALMENTE QUE EXISTEN CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES MARCAS QUE COMERCIALIZAN ESTE INSUMO: COOK, MERIT, TERUMO, TELEFLEX/ARROW



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	Y GALT, POR LO QUE EL ALEGATO DE EXCLUSIVIDAD NO TIENE SUSTENTO.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.984 GUÍA HIDROFÍLICA CON NÚCLEO DE NITINOL CON CUBIERTA DE POLIURETANO 0.035 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UNA GUIA HIDROFILICA CON NUCLEO DE NITINOL Y CUBIERTA HIDROFILICA, PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE GUIA HIDROFILICA CON CUBIERTA HIDROFILICA (CAT: CUBIERTA POLIURETANO 0.035) SIN ESPECIFICAR DIAMETRO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.962 STENT NO MEDICADO CORONARIO DIFERENTES DIÁMETROS Y MEDIDAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR STENT CORONARIO DE ALEACION DE PLATINO CROMO, DIAMETROS ENTRE 2.25 A 4.50 MM Y LONGITUDES DE 8 A 32 MM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPONE STENT PLATINO CROMO SIN ESPECIFICAR SI MEDICADO/NO MEDICADO (CAT EXIGE NO MEDICADO) DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACION TECNICA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.985 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO CON 300CM DE LONGITUD. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO (CAT EXIGE CON RECUBRIMIENTO) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO Y 182CM HASTA 300CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB109 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 11 O 25 CM CALIBRE. 14 FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 11 O 25 CM CALIBRE 14 FR (CAT: 10/11/16/25 CM, RANGO 4-14 FR). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	
		¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.970 TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA O ANALIZADOR CON TECNOLOGIA BASADA EN CUBETA O SISTEMA PARA EL MONITOREO DE TIEMPOS DE COAGULACION CON TECNOLOGIA DE CARTUCHOS, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE TUBO O ANALIZADOR CON CUBETA O SISTEMA CARTUCHOS (CAT: SOLO TUBO). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB108 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR LA LONGITUD DE 5 CM ESTABLECIDA EN EL CATALOGO VIGENTE, ASI MISMO LA LONGITUD



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		OPCIONAL A 14CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 11 O 14CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	OPCIONAL DEBE OFERTARSE DE FORMA CONJUNTA: 11 Y 14 CM, NO DE FORMA EXCLUYENTE CON LA CONJUNCION O. FAVOR DE REPLANTEAR SU PREGUNTA EN REPREGUNTAS ESPECIFICANDO EL RANGO COMPLETO DE LONGITUDES.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB112 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 11 A 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN,	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE LONGITUD 11-25 CM (CAT: 10-25 CM) OMITE 10 CM ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB113 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 11 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS”	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 11-25 CM (CAT: 10-25 CM) OMITE 10 CM ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB0 DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y/O TRATAMIENTO CERÁMICO(ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO DE DIVERSAS MEDIDAS) PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE DE DIVERSOS TAMAÑOS CON DISCO DE RETENCIÓN, INCLUYE SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE CON DISPOSITIVO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (ST JUDE MEDICAL) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS”	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHA CLAVE PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, CLAVES Y/O EQUIPOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
TÉCNICO	ANEXO T4	¿SE ACEPTA? ANEXO T4 BCB1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO,	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE GUIA 0.035-0.038 (CAT: 0.032-0.038). SE ACLARA QUE PUEDE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUDES ENTRE 5 A 7.0 CM, CALIBRES ENTRE 18 G A 21 G PARA GUÍA DE MEDIDAS ENTRE 0.035" A 0.038", YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 O 26 CC. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 26 O 30 ATM. Y 20 O 26 CC. , SE SOLICITA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE PRESION HASTA 26 O 30 ATM (CAT: 1 HASTA 30 ATM) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB14 BANDA DE COMPRESIÓN RADIAL LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 07/07/2025 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, PARA LO CUAL DEBERA MANTENER CORRESPONDENCIA Y CONGRUENCIA LA REFERENCIA EN EL ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF CON EL INSUMO SOLICITADO.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO,	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE INCLUIR EN SU PROPUESTA EL RANGO COMPLETO DE MEDIDAS SOLICITADO YA QUE NO TODOS LOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM, CALIBRES ENTRE 18 G A 21 G PARA GUÍA DE MEDIDAS ENTRE 0.021" A 0.038"., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	PACIENTES REQUIEREN LAS MISMAS MEDIDAS. FAVOR DE REPLANTEAR SU PREGUNTA EN REPREGUNTAS ESPECIFICANDO UN RANGO QUE CUBRA LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO VIGENTE.
TÉCNICO	ANEXO T2	ANEXO T2 POLIGRAFO PARA ESTUDIOS HEMODINÁMICOS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE ESTE EQUIPOS ES UNICO DE UNA SOLA MARCA (PHILIPS) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHO EQUIPO PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, EQUIPOS Y/O CLAVES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. ASI MISMO SE ACLARA QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE.
TÉCNICO	ANEXO T2	ANEXO T2 ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE ESTE EQUIPOS ES UNICO DE UNA SOLA MARCA (PHILIPS) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHO EQUIPO PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, EQUIPOS Y/O CLAVES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. ASI MISMO SE ACLARA QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE.
TÉCNICO	ANEXO T2	ANEXO T2	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		BOMBA DE IRRIGACION LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE ESTE EQUIPOS ES UNICO DE UNA SOLA MARCA (ST JUDE) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHO EQUIPO PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, EQUIPOS Y/O CLAVES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. ASI MISMO SE ACLARA QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE.
TÉCNICO	ANEXO T2	ANEXO T2 BALON DE CONTRAPULSACION LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE ESTE EQUIPOS ES UNICO DE UNA SOLA MARCA (MAQUET) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHO EQUIPO PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, EQUIPOS Y/O CLAVES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. ASI MISMO SE ACLARA QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE.
TÉCNICO	ANEXO T2	ANEXO T2 MONITOR DE GASTO CARDIACO LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE ESTE EQUIPOS ES UNICO DE UNA SOLA MARCA (EDWARDS LIFESCIENCES) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONVOCATORIA SOLO PIDE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS PARA ACREDITAR TECNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR LO CUAL PUEDE OFERTAR DICHO EQUIPO PRESENTANDO SOLO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE EL 80% DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DEL RESTO DE INSUMOS, EQUIPOS Y/O CLAVES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. ASI MISMO SE ACLARA QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.962 STENT NO MEDICADO CORONARIO DIFERENTES DIÁMETROS Y	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		MEDIDAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR STENT MEDICADO DIFERENTES DIÁMETROS Y MEDIDAS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE STENT MEDICADO (CAT EXIGE NO MEDICADO). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.1067 CATÉTER DE SOPORTE PERIFÉRICO PARA CRUCE DE LESIONES CRÓNICAS 0.018 Ó 0.014 Ó 0.035". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE SOPORTE PERIFÉRICO PARA CRUCE DE LESIONES CRÓNICAS, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPONE CATETER SIN ESPECIFICAR DIAMETROS DE GUIA COMPATIBLES (CAT: 0.018 O 0.014 O 0.035) DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACION TECNICA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 01.010.006 DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y/O TRATAMIENTO CERÁMICO(ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO DE DIVERSAS MEDIDAS) PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE DE DIVERSOS TAMAÑOS CON DISCO DE RETENCIÓN, INCLUYE SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE CON DISPOSITIVO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ELIMINAR LA PRESENTE CLAVE DEL REQUERIMIENTO, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS Y SE TRATA DE UN BUEN DE CONSUMO QUE NO FUE REQUERIDO EN EL LA LICITACION PASADA, POR LO QUE SE TRATA DE UN REQUERIMIENTO SOLICITADO UNICAMENTE PARA DAR VENTAJA AL LICITANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON EL SERVICIO, AL TRATARSE UN INSUMO UNICO DE LA MARCA ST JUDE MEDICAL, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS”	NO SE ACEPTA LA ELIMINACION DE LA CLAVE 01.010.006 DEL REQUERIMIENTO. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y/O TRATAMIENTO CERAMICO PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE ES UN INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LA PATOLOGIA. EL LICITANTE PODRA OFERTAR DICHO INSUMO PRESENTANDO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, CONSIDERANDO QUE LA CONVOCATORIA SOLO REQUIERE EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE FORMA OBLIGATORIA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 01.010.006 DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y/O TRATAMIENTO CERÁMICO(ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO DE DIVERSAS MEDIDAS) PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE DE DIVERSOS TAMAÑOS CON DISCO DE RETENCIÓN, INCLUYE SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE CON DISPOSITIVO. EN CASO DE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y FUNDAMENTE PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO QUE NO FUE SOLICITADO EN LICITACIONES PREVIAS, Y LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA INCLUSION DE LA CLAVE 01.010.006 SE FUNDAMENTA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON DISPOSITIVOS DE CIERRE PERCUTANEO DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE COMO PARTE DEL CUADRO BASICO DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA PEDIATRICA Y ADULTA. LA DESCRIPCION TECNICA ES GENERICA Y PERMITE DIVERSOS FABRICANTES QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS. LAS MARCAS Y MODELOS QUE CUMPLAN CON LA DESCRIPCION TECNICA SE IDENTIFICARAN EN LA EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.1080 KIT DE CATETER FLEXIBLE DE ASPIRACION NO QUIRURGICA DE (16-20 Y 24 FR), POR 33 CM DE LARGO, DE POLIMERO Y REVESTIMIENTO HIDROFILICO, VALVULA HEMOSTATICA, LLAVE DE TRES PASOS, DILATADOR COMPATIBLE CON GUI 0.035 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ELIMINAR LA PRESENTE CLAVE DEL REQUERIMIENTO, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS Y SE TRATA DE UN BUEN DE CONSUMO QUE NO FUE REQUERIDO EN EL LA LICITACION PASADA, YA QUE SE TRATA DE UN INSUMO UNICO DE LA MARCA INARI MEDICAL, POR LO QUE SE TRATA DE UN REQUERIMIENTO SOLICITADO UNICAMENTE PARA DAR VENTAJA AL LICITANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON EL SERVICIO, AL TRATARSE UN INSUMO UNICO DE LA MARCA ST JUDE MEDICAL, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION	NO SE ACEPTA LA ELIMINACION DE LA CLAVE 60.01.1080 DEL REQUERIMIENTO. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA INCORPORACION DE NUEVAS CLAVES EN LA LICITACION VIGENTE ES FACULTAD DE LA CONVOCANTE. EL LICITANTE PODRA OFERTAR DICHO INSUMO PRESENTANDO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, CONSIDERANDO QUE LA CONVOCATORIA SOLO REQUIERE EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE FORMA OBLIGATORIA. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 01.010.006 DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y/O TRATAMIENTO CERÁMICO(ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO DE DIVERSAS MEDIDAS) PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE DE DIVERSOS TAMAÑOS CON DISCO DE RETENCIÓN, INCLUYE SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE CON DISPOSITIVO. EN CASO DE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y FUNDAMENTE PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO QUE NO FUE SOLICITADO EN LICITACIONES PREVIAS, Y LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA INCLUSION DE LA CLAVE 01.010.006 SE FUNDAMENTA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON DISPOSITIVOS DE CIERRE PERCUTANEO DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE COMO PARTE DEL CUADRO BASICO DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA PEDIATRICA Y ADULTA. LA DESCRIPCION TECNICA ES GENERICA Y PERMITE DIVERSOS FABRICANTES QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS. LAS MARCAS Y MODELOS QUE CUMPLAN CON LA DESCRIPCION TECNICA SE IDENTIFICARAN EN LA EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 01.011.005 GUÍA DE ALTO SOPORTE O EXTRA RÍGIDA CUBIERTA DE POLYTETRAFLUORETILENO DE 0.035”, DE DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD, PUNTA LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR 01.011.005 GUÍA DE ALTO	NO SE ACEPTA EN ESTE MOMENTO. SE INFORMA AL LICITANTE QUE LA DESCRIPCION DE LA CLAVE 01.011.005 SERA COMPLETADA EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO Y REALIZAR REGPREGUNTA INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. SIN EMBARGO, SE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SOPORTE O EXTRA RÍGIDA CUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO DE 0.035", DE DIÁMETRO Y 260 O 300 CM DE LONGITUD, PUNTA, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES QUE SU PROPUESTA INCLUYA GUIA CON LONGITUD DE 300 CM COMO OPCION COMPLEMENTARIA A LA LONGITUD DE 260 CM DEL CATALOGO.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 01.011.006 SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO, Y/O CON TRATAMIENTO CERAMICO, CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ELIMINAR LA PRESENTE CLAVE DEL REQUERIMIENTO, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS Y SE TRATA DE UN BUEN DE CONSUMO QUE NO FUE REQUERIDO EN EL LA LICITACION PASADA, POR LO QUE SE TRATA DE UN REQUERIMIENTO SOLICITADO UNICAMENTE PARA DAR VENTAJA AL LICITANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE	NO SE ACEPTA LA ELIMINACION DE LA CLAVE 01.011.006 DEL REQUERIMIENTO. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL SISTEMA OCLUSOR PARA CIERRE PERCUTANEO DE DEFECTOS SEPTALES ES UN INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PATOLOGIAS CARDIOVASCULARES ESTRUCTURALES. EL LICITANTE PODRA OFERTAR DICHO INSUMO PRESENTANDO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, CONSIDERANDO QUE LA CONVOCATORIA SOLO REQUIERE EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE FORMA OBLIGATORIA. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CON EL SERVICIO, AL TRATARSE UN INSUMO UNICO DE LA MARCA ST JUDE MEDICAL, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 01.011.006 SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO, Y/O CON TRATAMIENTO CERAMICO, CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O EN CASO DE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y FUNDAMENTE PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO QUE NO FUE SOLICITADO EN LICITACIONES PREVIAS, Y LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA INCLUSION DE LA CLAVE 01.011.006 SE FUNDAMENTA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTANEO DE DEFECTOS SEPTALES COMO PARTE DEL CUADRO BASICO DE PROCEDIMIENTOS CARDIOLOGICOS ESTRUCTURALES. LA DESCRIPCION TECNICA ES GENERICA Y PERMITE LA PARTICIPACION DE DIVERSOS FABRICANTES. LAS MARCAS Y MODELOS QUE CUMPLAN SE IDENTIFICARAN EN LA EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 01.032.005 GUÍA HIDROFÍLICA CORTA (150CM DE LONGITUD, 0.035 Y 0.038,)	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UNA GUÍA HIDROFILICA CON NUCLEO DE NITINOL Y CUBIERTA HIDROFILICA, PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPUESTA NO ESPECIFICA LONGITUD NI DIÁMETRO (CAT: 150CM, 0.035 Y 0.038) DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACION TECNICA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 SC16 STENT CORONARIO CONICO DE POLIMERO BIODEGRADABLE CON ELUSION DE SIROLIMUS. LONGITUDES 30MM, 40MM, 50MM Y 60MM LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ELIMINAR LA PRESENTE CLAVE DEL REQUERIMIENTO, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS Y SE TRATA DE UN BUEN DE CONSUMO QUE NO FUE REQUERIDO EN EL LA LICITACION PASADA, POR LO QUE SE TRATA DE UN REQUERIMIENTO SOLICITADO ÚNICAMENTE PARA DAR VENTAJA AL LICITANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON EL SERVICIO, AL TRATARSE UN INSUMO UNICO DE LA MARCA TERUMO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL	NO SE ACEPTA LA ELIMINACION DE LA CLAVE SC16 DEL REQUERIMIENTO. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA INCORPORACION DE NUEVAS CLAVES EN LA LICITACION VIGENTE ES FACULTAD DE LA CONVOCANTE. EL LICITANTE PODRA OFERTAR DICHO INSUMO PRESENTANDO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, CONSIDERANDO QUE LA CONVOCATORIA SOLO REQUIERE EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE FORMA OBLIGATORIA. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 SC16 STENT CORONARIO CONICO DE POLIMERO BIODEGRADABLE CON ELUSION DE SIROLIMUS. LONGITUDES 30MM, 40MM, 50MM Y 60MM EN CASO DE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y FUNDAMENTE PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO QUE NO FUE SOLICITADO EN LICITACIONES PREVIAS, Y LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA INCLUSION DE LA CLAVE SC16 SE FUNDAMENTA EN LA NECESIDAD CLINICA DE CONTAR CON STENTS CORONARIOS CONICOS DE LONGITUDES EXTENDIDAS (30 A 60 MM) PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES LARGAS Y VASOS CONICOS COMO PARTE DEL CUADRO TERAPEUTICO DE HEMODINAMIA. LA DESCRIPCION TECNICA SE BASA EN CARACTERISTICAS GENERICAS DE LA TECNOLOGIA Y NO EN MARCA ESPECIFICA. LAS MARCAS Y MODELOS QUE CUMPLAN SE IDENTIFICARAN EN LA EVALUACION TECNICA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.1068 STENT LIBERADOR DE FÁRMACO BIOLIMUS A9, O STENT/ANDAMIO BIO ABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTANOS PERMITA OFERTAR STENT LIBERADOR DE FÁRMACO, YA QUE LA CARACTERISTICA FARMACO BIOLIMUS A9 ES UNICA DE LA MARCA BIOMATRIX, LO CUAL CONVIERTE A ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION QUE LO UNICO QUE BUSCA ES LIMITAR LA LIBRE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPONE STENT SIN ESPECIFICAR TIPO DE FARMACO NI MEDIDAS (CAT: BIOLIMUS A9 O SIROLIMUS) DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACION TECNICA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		PARTICIPACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.1078 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO CON LIBERACIÓN DE EVEROLIMUS Y POLIMERO BIABSORBIBLE CON DIÁMETRO DE EN MM 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 Y LONGITUDES EN MM 8, 12, 16, 20, 24, 28 Y 32 INDICADO PARA EL SIGUIENTE TIPO DE LESIONES: BIFURCACIONES, LESIONES OSTIALES, TRONCO PRINCIPAL IZQUIERDO, OCLUSIÓN TOTAL, RE-ESTENOSIS INTRASTENT, INJERTO DE VENA SAFENA Y ENFERMEDAD DE MÚLTIPLES VASOS LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO CON LIBERACIÓN DE FARMACO, YA QUE LA CARACTERISTICA " PLATINO CROMO CON LIBERACIÓN DE EVEROLIMUS Y POLIMERO BIABSORBIBLE" ES UNICA DE UNA SOLA MARCA, LO CUAL CONVIERTE A ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION QUE LO UNICO QUE BUSCA ES LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SE SOLICITA CON EL FIN	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPONE PROTESIS SIN ESPECIFICAR FARMACO NI MEDIDAS (CAT: EVEROLIMUS, DIAM 3.5-5.0, LONG 8-32 MM) DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACION TECNICA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.418 MARCAPASO CARDIACO BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA. MARCAPASO CARDIACO; TIPO: BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA; ESPECIFICACIONES: MULTIPROGRAMACIÓN DE FUNCIONES CON UN MÍNIMO DE 10 FUNCIONES; POLARIDAD: DESENSADO BIPOLAR, DE ESTIMULACIÓN BIPOLAR; MODO DE ESTIMULACIÓN: DDDR; ADAPTACIÓN DE FRECUENCIA: BAJO, MEDIO, ALTO O MÁS (MEDIO BAJO O MEDIO ALTO); AMPLITUD DE VOLTAJE: PROGRAMABLE EN FORMA INDEPENDIENTE, POR CÁMARA; DIMENSIONES: PESO MENOR DE 40 GRS Y MENOS DE 9 MM DE GROSOR; LONGEVIDAD: 7 AÑOS EN ADELANTE A PARÁMETROS NOMINALES; 8.- CUBIERTA: CAJA DE TITANIO; 9.- FUENTE DE ENERGÍA: YODURO DE LITIO; 10.- ELECTRODOS CUBIERTOS CON SILICON O POLIURETANO CON CONDUCTORES DE DIFERENTES METALES; FIJACIÓN ACTIVA CONTORNILLOS PARA LA AURÍCULA Y PASIVA PARA EL VENTRÍCULO;	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPONE SEGÚN MARCA OFERTADA SIN ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACIÓN TÉCNICA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DIAMETRO: 3.2 MM;LONGITUD: 50 A 60 CM; 11.- INTRODUTOR: DOS LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MARCAPASO CARDIACO BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA. MARCAPASO CARDIACO;TIPO: BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA; ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA MARCA OFERTADA, YA QUE LA CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON UNICAS DE LA MARCA ST JUDE MEDICAL, LO CUAL CONVIERTE A ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION QUE LO UNICO QUE BUSCA ES LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.426 MARCAPASO CARDIACO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA. MARCAPASO CARDIACO;TIPO: UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA; ESPECIFICACIONES:MULTIPROGRAMACION DE FUNCIONES CON UN MINIMO DE 7 FUNCIONES; POLARIDAD: DESENSADO BIPOLAR, DE ESTIMULACION BIPOLAR; MODO DE ESTIMULACION:	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPONE SEGUN MARCA OFERTADA SIN ESPECIFICAR CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIDAS DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACION TECNICA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DDDR;ADAPTACION DE FRECUENCIA: BAJO, MEDIO, ALTO O MAS (MEDIO BAJO O MEDIO ALTO);AMPLITUD DE VOLTAJE: PROGRAMABLE EN FORMA INDEPENDIENTE, POR CAMARA;DIMENSIONES: PESO MENOR DE 40 GRS Y MENOS DE 9 MM DE GROSOR; LONGEVIDAD: 7 AÑOS EN ADELANTE A PARAMETROS NOMINALES; 8.- CUBIERTA: CAJA DE TITANIO; 9.- FUENTE DE ENERGÍA: YODURO DE LITIO; 10.- ELECTRODOS CUBIERTOS CON SILICON OPOLIURETANO CON CONDUCTORES DE DIFERENTES METALES; FIJACION ACTIVA CONTORNILLOS PARA LA AURICULA Y PASIVA PARA EL VENTRICULO; DIAMETRO: 3.2 MM;LONGITUD: 50 A 60 CM; 11.- INTRODUTOR: DOS LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MARCAPASO CARDIACO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA. MARCAPASO CARDIACO;TIPO: UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA; ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA MARCA OFERTADA, YA QUE LA CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON UNICAS DE LA MARCA ST JUDE MEDICAL, LO CUAL CONVIERTE A ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION QUE LO UNICO QUE BUSCA ES LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.806 BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD O BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM..., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE LA DESCRIPCION DEL CATALOGO O BALON CORONARIO CON PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80, 100, 120 Y 150 MM. ESTE PLANTEAMIENTO ES AMBIGUO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO UNICAMENTE LA DESCRIPCION QUE REQUIERE VALIDACION TECNICA PARA SU ACEPTACION, EVITANDO UTILIZAR LA CONJUNCION "O" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES. ASI MISMO DEBE EVITAR INCLUIR LA DESCRIPCION DEL CATALOGO EN SU PREGUNTA YA QUE ESTA NO ESTA SUJETA A VALIDACION TECNICA. ADICIONALMENTE, SE ACLARA QUE DEBE OFERTAR AMBOS TIPOS DE BALON MEDICADO: CON PACLITAXEL Y CON SIROLIMUS, YA QUE CORRESPONDEN A PLATAFORMAS CON PROPOSITO CLINICO DISTINTO Y NO SON INTERCAMBIABLES.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.807 BALÓN CORONARIO CON ATEROATOMOS. INDICADO PARA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		REESTENOSIS O LESIONES CALCIFICADAS. DIÁMETROS DE 2.00 A 4.00 LONGITUDES DE 6, 10 Y 15 MM LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALÓN CORONARIO CON ATEROTOMOS. INDICADO PARA REESTENOSIS O LESIONES CALCIFICADAS, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPONE BALON SIN ESPECIFICAR DIÁMETROS NI LONGITUDES (CAT: 2.00-4.00 MM DIAM, 6/10/15 MM LONG) DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACION TECNICA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.823 CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE O ALTA PRESIÓN DE 1.5 MM A 4 U 8 MM DE DIÁMETRO PARA GUÍA 0.014 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE O ALTA PRESIÓN DE 1.5 MM A 4 U 8 MM DE DIÁMETRO PARA GUÍA 0.014”PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS Y DE 20 A 200 MM O 220MM DE LONGITUD. USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAR DE VASOS PERIFÉRICOS INFRAPOPLÍTEOS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.823 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: CUERDA GUÍA PARA GUÍA 0.014 CON LONGITUDES 20-200/220 MM PARA USO EN VASOS PERIFÉRICOS INFRAPOPLÍTEOS. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.824 CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE O ALTA PRESIÓN DE 3MM A 12 MM DE DIÁMETRO PARA GUÍA 0.035 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE O ALTA PRESIÓN DE 3MM A 12 MM DE DIÁMETRO PARA GUÍA 0.035"PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS Y DE 20 A 80 Ó 100 Ó 120 Ó 200 MM O 220MM DE LONGITUD.USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAR DE VASOS PERIFÉRICOS FEMORALES O CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE DE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 Y 12MM DE DIÁMETRO Y DE 20 A 200 MM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA"	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE CATALOGO O ALTERNATIVA CON O EXCLUYENTE ENTRE CALIBRES NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.861 CONSUMIBLES PARA ELECTROCOAGULACIÓN: ELECTRODO NEUTRO CON DOS ÁREAS DE CONTACTO Y LÁPIZ DE ELECTROCIRUGÍA LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CONSUMIBLES PARA ELECTROCOAGULACIÓN: ELECTRODO NEUTRO CON DOS ÁREAS DE CONTACTO Y LÁPIZ DE ELECTROCIRUGÍA O ELECTRODO NEUTRO DE DOS AREAS Y UN LAPIZ DE ELECTROCIRUGIA CON 2 BOTONES., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE ELECTRODO 2 AREAS Y LAPIZ O ELECTRODO 2 AREAS Y LAPIZ 2 BOTONES (INTRODUCE O AUSENTE EN CATALOGO) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.863 CUERDA GUÍA 0.018 Ó 0.014 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA 0.018 Ó 0.014" PUNTA RECTA CON ALTO GRAMAJE., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.863 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: CUERDA GUÍA 0.018 Ó 0.014 CON PUNTA RECTA Y ALTO GRAMAJE. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD OPCIONAL DE 150, 260 Ó 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 0.035 (CAT PERMITE 0.035 Y 0.038) EXCLUYE 0.038 ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.868 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, RÍGIDA ALTO GRAMAJE 6 A 14 GRAMOS DE 0.014 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, RÍGIDA ALTO GRAMAJE 6 A 14 GRAMOS DE 0.014" DE DIÁMETRO Ó PUNTA CÓNICA DE 1 A 6 GRAMOS Y 180CM O 190CM DE LONGITUD O CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, EXTRA RÍGIDA DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 182 CM DE LONGITUD, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE TRES OPCIONES CON O INCLUYENDO PUNTA CONICA 1-6 GRAMOS FUERA DEL RANGO CATALOGO (6-14 G). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ACIDO POLIGLICOLICO LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE LA DESCRIPCION DEL CATALOGO O ALTERNATIVA. ESTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ACIDO POLIGLICOLICO O CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCTORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 7FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	PLANTEAMIENTO ES AMBIGUO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO UNICAMENTE LA DESCRIPCION QUE REQUIERE VALIDACION TECNICA PARA SU ACEPTACION, EVITANDO UTILIZAR LA CONJUNCION "O" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. ASI MISMO DEBE EVITAR INCLUIR LA DESCRIPCION DEL CATALOGO EN SU PREGUNTA YA QUE ESTA NO ESTA SUJETA A VALIDACION TECNICA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 CM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: TRES OPCIONES CON O, SEGUNDA Y TERCERA PROPONEN CATETER GUIA O EXTENSION 6FR UNICO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.872 DISPOSITIVO OCLUSOR VASCULAR DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO PARA OCLUSIÓN VASCULAR DE DIVERSOS TIPOS Y MEDIDAS, INCLUYE EL SISTEMA LIBERADOR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (AMPLATZER DE ST JUDE MEDICAL) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. SE ACLARA QUE EL LICITANTE DEBE INCLUIR EN SU PROPUESTA TECNICA LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA DESCRIPCION DEL CATALOGO VIGENTE. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO TODAS LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.882 EXTENSIÓN DE CATÉTER GUÍA DE 5 A 6 FR O 6 A 7 FR LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 CM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE CATALOGO BCB DIFERENTE + CATETER GUIA INTERMEDIO 0.057 + EXTENSION 6FR UNICO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.883 EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE 15 CM O 15 O 25 CM (CAT: 15 CM UNICO) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		15CM O EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15 O 25CM., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.894 GUÍA DE PRESIÓN. FLOPPY DE .014 POR 185 O 190CM DE LONGITUD O MICRO CATÉTER CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR GUÍA DE PRESIÓN. FLOPPY DE .014 POR 185 O 190CM DE LONGITUD O MICRO CATÉTER CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL O GUIA FLOPPY DE 0.014" POR 182 CM DE LONGITUD, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE CATALOGO O GUÍA FLOPPY 0.014 POR 182 CM (INTRODUCE ALTERNATIVA CON O) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.898 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD ENTRE 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE CATALOGO O ALTERNATIVA CON USO O EN CALIBRES Y RANGO NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.900 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 8 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032", SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.900 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TECNICA PERCUTANEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CON GUIA VASCULAR DE 0.021 A 0.032. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.907 INTRODUTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10CM OPCIONAL A 14CM CALIBRE. 6, 7 Y 8 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE LONGITUDES 10/11/16/25 CM (CAT: 10 OPCIONAL A 14 CM) - 16 Y 25 FUERA RANGO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.908 JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 100 A 150 ML DE CAPACIDAD. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 100 A 150 ML DE CAPACIDAD O JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 150 ML DE CAPACIDAD, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE 100-150 ML O 150 ML (CATALOGO RANGO 100-150 ML) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LOS INTERESADOS"	
		¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.931 MICRO GUÍA DE 0.014 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MICRO GUÍA DE 0.014", LONGITUDES DE 150 Ó 180 Ó 182 Ó 300 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.931 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: MICROGUÍA 0.014 CON LONGITUDES 150/180/182/300 CM RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE CATALOGO O MULTIPLES ALTERNATIVAS CON O NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS O PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACION DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 38MM DE LONGITUD POR 4.00 MM DE DIAMETRO O PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACION DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 8 A 38 MM DE LONGITUD POR 2.25 A 4.00 MM DE DIAMETRO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.948 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO. TIPO: PIN-VICE. DESECHABLE O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR,, SE SOLICITA CON EL FIN DE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE CATALOGO O KIT VALVULA EN Y (INTRODUCE ALTERNATIVA CON O) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.956 SONDA PARA ECO INTRACARDIACO (INCLUYE USO DE EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO)COMPATIBLE EL SISTEMA OFERTADO DE MAPEO 3D U OTROS PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURALES COMPATIBLES CON EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ELIMINAR LA PRESENTE CLAVE DEL REQUERIMIENTO, YA QUE NO FUE REQUERIDO EN EL LA LICITACION PASADA, POR LO QUE SE TRATA DE UN REQUERIMIENTO SOLICITADO UNICAMENTE PARA DAR VENTAJA AL LICITANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON EL SERVICIO, AL TRATARSE UN INSUMO UNICO DE LA MARCA PHILLIPS, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O	NO SE ACEPTA LA ELIMINACION DE LA CLAVE 60.01.956. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA SONDA DE ECO INTRACARDIACO TIENE JUSTIFICACION CLINICA EN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS CONTRATADOS: (1) CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE EN PACIENTES ADULTOS (CLAVE 60.01.010 / BCB0), DONDE SE EMPLEA PARA MEDIR CON PRECISION EL DIAMETRO DEL DEFECTO Y CONFIRMAR EL ANCLAJE DEL DISPOSITIVO OCLUSOR; (2) COLOCACION DE FILTRO DE VENA CAVA (CLAVE 60.01.028) EN CASOS DE INSUFICIENCIA RENAL GRAVE O EMBARAZO QUE CONTRAINDIQUEN EL USO DE MEDIO DE CONTRASTE, PERMITIENDO VISUALIZAR LA VENA CAVA Y LOCALIZAR LAS VENAS RENALES SIN FLUOROSCOPIA. EL LICITANTE PODRA OFERTAR DICHO INSUMO PRESENTANDO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, CONSIDERANDO QUE LA CONVOCATORIA SOLO REQUIERE EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE FORMA OBLIGATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.956 SONDA PARA ECO INTRACARDIACO (INCLUYE USO DE EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO)COMPATIBLE EL SISTEMA OFERTADO DE MAPEO 3D U OTROS PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURALES COMPATIBLES CON EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO. EN CASO DE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y FUNDAMENTE PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO QUE NO FUE SOLICITADO EN LICITACIONES PREVIAS, Y LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA INCLUSION DE LA CLAVE 60.01.956 SE FUNDAMENTA EN LA NECESIDAD CLINICA DE CONTAR CON SONDA DE ECO INTRACARDIACO PARA LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: (1) CIERRE PERCUTANEO DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE EN PACIENTES ADULTOS, PARA MEDICION MILIMETRICA DEL DEFECTO Y CONFIRMACION DEL ANCLAJE DEL DISPOSITIVO OCLUSOR (BCB0) SIN OBSTRUCCION VASCULAR; (2) COLOCACION DE FILTRO DE VENA CAVA (BCB96) EN PACIENTES CON CONTRAINDICACION DE MEDIO DE CONTRASTE, PERMITIENDO VISUALIZACION ULTRASONOGRAFICA EXCLUSIVA PARA LIBERACION SEGURA DEL FILTRO. LA DESCRIPCION TECNICA ES GENERICA Y PERMITE DIVERSOS FABRICANTES CUYAS SONDAS SEAN COMPATIBLES CON EL EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.960 STENT CUBIERTO CORONARIO / PERICARDIO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ELIMINAR LA PRESENTE CLAVE DEL REQUERIMIENTO, YA QUE NO FUE REQUERIDO EN EL LA LICITACION PASADA, POR LO QUE SE TRATA DE UN REQUERIMIENTO SOLICITADO UNICAMENTE PARA DAR VENTAJA AL LICITANTE QUE CUENTA	NO SE ACEPTA LA ELIMINACION DE LA CLAVE 60.01.960 DEL REQUERIMIENTO. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL STENT CUBIERTO CORONARIO/PERICARDIO ES UN INSUMO REQUERIDO PARA LA ATENCION DE COMPLICACIONES VASCULARES CORONARIAS ESPECIFICAS. EL LICITANTE PODRA OFERTAR DICHO INSUMO PRESENTANDO MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS, CONSIDERANDO QUE LA CONVOCATORIA SOLO REQUIERE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ACTUALMENTE CON EL SERVICIO, AL TRATARSE UN INSUMO UNICO DE LA MARCA ITFI MEDICAL, EL ANEUGRAFT SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE FORMA OBLIGATORIA. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.960 STENT CUBIERTO CORONARIO / PERICARDIO. EN CASO DE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y FUNDAMENTE PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO QUE NO FUE SOLICITADO EN LICITACIONES PREVIAS, Y LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA INCLUSION DE LA CLAVE 60.01.960 SE FUNDAMENTA EN LA NECESIDAD CLINICA DE CONTAR CON STENTS CUBIERTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PERFORACIONES, ANEURISMAS Y FISTULAS CORONARIAS QUE PUEDEN PRESENTARSE COMO COMPLICACION DURANTE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA. LA DESCRIPCION TECNICA ES GENERICA Y PERMITE DIVERSOS FABRICANTES. LAS MARCAS Y MODELOS QUE CUMPLAN CON LA DESCRIPCION SE IDENTIFICARAN EN LA EVALUACION TECNICA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO,	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE ALTERNATIVA CON TITANIO (SEGUNDA OPCION) EN LUGAR DE TANTALIO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035", 0.014", 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES, AUTOEXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TITALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL)., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.978 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMI COMPLACIENTE, DE 1.20 A 4.5 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE CATALOGO O ALTERNATIVA SUBSET (SEGUNDA OPCION 1.20-4MM OMITE 4.5) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.982 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD. 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, TODA VEZ QUE LA DENOMINACION FEMORAL IZQUIERDA CORRESPONDE A LA CURVA TIPO JUDKINS REFERIDA EN EL CATALOGO VIGENTE Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: CALIBRE 5 O 6 FR, LONGITUD 100 A 110 CM, ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2, MULTIPROPOSITOS Y MAMARIOS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.984 GUÍA HIDROFÍLICA CON NÚCLEO DE NITINOL CON CUBIERTA DE POLIURETANO 0.035 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE 0.035 O 0.038, 150 O 260 CM PUNTA ANGULADA O RECTA (USO O EXCLUYENTE) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.01.985 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 300 CM DE LONGITUD (CATALOGO TRUNCADO PERO REFERENCIA BCB84 PIDE 175-300 CM) ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO CON 300CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA” ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS” ¿SE ACEPTA?	NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.02.024 KIT DE ELECTRODO DE ESTIMULACIÓN DE AURICULA - VENTRÍCULO O HAZ DE HIS BIPOLAR CON CUCHILLA AUTOAJUSTABLE ESTERIL Y CATETER INTRODUTOR PARA ELECTRODO PARA ESTIMULACION INFRA HISIANA LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ELIMINAR LA PRESENTE CLAVE DEL REQUERIMIENTO, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS Y SE TRATA DE UN BUEN DE CONSUMO QUE NO FUE REQUERIDO EN EL LA LICITACION PASADA, POR LO QUE SE TRATA DE UN REQUERIMIENTO SOLICITADO UNICAMENTE PARA DAR VENTAJA AL	NO SE ACEPTA LA ELIMINACION DE LA CLAVE 60.02.024. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL KIT DE ELECTRODO DE ESTIMULACION AV / HAZ DE HIS TIENE JUSTIFICACION CLINICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ANGIOPLASTIA CORONARIA (CLAVES 60.01.004, 60.01.007, 60.01.008), PARTICULARMENTE DURANTE EL TRATAMIENTO DE INFARTO EN ARTERIA CORONARIA DERECHA DONDE EXISTE RIESGO ELEVADO DE BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO O BRADICARDIA EXTREMA. EN ESTOS CASOS SE REQUIERE SOPORTE ELECTRICO CARDIACO DE EMERGENCIA MEDIANTE MARCAPASOS TEMPORAL. LA CONVOCATORIA SOLO REQUIERE EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE FORMA OBLIGATORIA. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LICITANTE QUE CUENTA ACTUALMENTE CON EL SERVICIO, AL TRATARSE UN INSUMO UNICO DE LA MARCA TERUMO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	ANEXO T4 60.02.024 KIT DE ELECTRODO DE ESTIMULACIÓN DE AURICULA - VENTRICULO O HAZ DE HIS BIPOLAR CON CUCHILLA AUTOAJUSTABLE ESTERIL Y CATETER INTRODUTOR PARA ELECTRODO PARA ESTIMULACION INFRA HISIANA EN CASO DE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE Y FUNDAMENTE PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO QUE NO FUE SOLICITADO EN LICITACIONES PREVIAS, Y LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA INCLUSION DE LA CLAVE 60.02.024 SE FUNDAMENTA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON SOPORTE ELECTRICO CARDIACO DE EMERGENCIA DURANTE PROCEDIMIENTOS DE ANGIOPLASTIA CORONARIA (CLAVES 60.01.004, 60.01.007, 60.01.008), ESPECIALMENTE EN EL TRATAMIENTO DE INFARTO EN ARTERIA CORONARIA DERECHA DONDE PUEDE PRESENTARSE BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO O BRADICARDIA EXTREMA QUE REQUIEREN ESTIMULACION TEMPORAL INMEDIATA. LA DESCRIPCION TECNICA ES GENERICA Y PERMITE DIVERSOS FABRICANTES CUYO KIT CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE ESTIMULACION INFRAHISIANA.

LICITANTE : DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
LEGAL - ADMINISTRATIVA	4 JUNTA DE ACLARACIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR ES EL QUE GENERA LA PLATAFORMAS "COMPRAS MX" POR LO QUE NO ES NECESARIO LA ELABORACIÓN DE NINGÚN OTRO FORMATO, YA QUE TAMPOCO SE CUENTA CON UN ESPACIO PARA LA CARGA DEL ESCRITO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL MANIFIESTO DE INTERES EN PARTICIPAR ES EL QUE GENERA LA PLATAFORMA COMPRAS MX. NO ES NECESARIA LA ELABORACION DE NINGUN OTRO FORMATO DE MANIFIESTO DE INTERES.
ECONÓMICO	PARAMETRO ECONOMICO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISE EL MEDIO O APARTADO EN EL CUAL DEBERÁN REGISTRARSE LOS PRECIOS CORRESPONDIENTES A LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, TODA VEZ QUE EN EL PARÁMETRO ECONÓMICO DE LA PLATAFORMA ÚNICAMENTE SE CONTEMPLA LA CAPTURA DE LOS PRECIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA NUMERAL 10, LA INCONGRUENCIA DE LA CAPTURA DE LOS PRECIOS EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA ECONÓMICA EN FORMATO PDF Y EXCEL SERÁ UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.	DERIVADO DE LA REVISIÓN EFECTUADA AL PROCEDIMIENTO Y CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE SE INCORPORA/HABILITA LA PARTIDA NÚMERO 7 DENTRO DEL REQUERIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, A EFECTO DE PERMITIR SU CAPTURA Y COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE. LA PRESENTE PRECISIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CONDUCTENTES Y NO MODIFICA LAS CONDICIONES ESENCIALES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NI CRITERIOS DE EVALUACIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDOS.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	6 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN	6 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN QUE SE GENERE EN COMPRAS MX, RELATIVO A LA PROPOSICION LEGAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS FORMATOS QUE NO SEAN APLICABLES PARA MI REPRESENTADA, COMO EL ESCRITO RELATIVO A LA ESTRATIFICACIÓN, NOS PERMITA PRESENTAR EL FORMATO CON LA LEYENDA "NO APLICA", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. PARA LOS FORMATOS QUE NO SEAN APLICABLES POR LA NATURALEZA O TIPO DE EMPRESA DEL LICITANTE, COMO EL ESCRITO RELATIVO A LA ESTRATIFICACION CUANDO NO APLIQUE, PODRA PRESENTAR EL FORMATO CON LA LEYENDA "NO APLICA" DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	6 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN	6 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN	EN LA LICITACIÓN QUE SE GENERE EN COMPRAS MX, RELATIVO A LA PROPOSICION LEGAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR EL ESCRITO REQUERIDO EN EL INCISO N PARA QUE SE CONSIDERE LA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL INFONAVIT VIGENTE LAS VECES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO LA REQUIERAN, DEBIDO A QUE ESTE DOCUMENTO NO CUENTA CON UNA PLATAFORMA PARA CONSULTA PÚBLICA Y SOLO SE PUEDE GENERAR CON EL USUARIO Y CONTRASEÑA CORRESPONDIENTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ESCRITO DEL INCISO N PODRA CONTENER LA MANIFESTACION DE QUE EL LICITANTE PRESENTARA LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DEL INFONAVIT VIGENTE LAS VECES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO LA REQUIERAN, EN VIRTUD DE QUE DICHO DOCUMENTO NO CUENTA CON PLATAFORMA DE CONSULTA PUBLICA Y SOLO SE GENERA CON USUARIO Y CONTRASEÑA.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUÁL ES EL ANEXO 1 "A" MENCIONADO EN EL NÚMERAL 6.2, INCISO I, A FIN DE PODER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA SE PUBLICARA EN LAS ACLARACIONES GENERALES.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	7.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL	7.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN QUE SE PRESENTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESCRITO DE CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O SU REPRESENTADA REQUERIDO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPOSICIONES, BASATÁRÁ CON PRESENTAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EL ANEXO I ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE AL TRATARSE DE UNA LICITACION QUE SE PRESENTA POR MEDIOS ELECTRONICOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESCRITO DE CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O SU REPRESENTADA, BASTARA CON PRESENTAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EL ANEXO I "ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD" DEBIDAMENTE REQUISITADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION POR MEDIOS ELECTRONICOS.
ECONÓMICO	ANEXO 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL CAMPO NO. DE PREI



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		CORRECTO ENTENDER QUE EL NO. DE PREI IMSS REQUERIDO EN EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) HACE REFERENCIA AL NÚMERO DE PROVEEDOR DEL IMSS DE CADA LICITANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	IMSS DEL ANEXO 3 CORRESPONDE AL NUMERO DE PROVEEDOR IMSS ASIGNADO A CADA LICITANTE.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA, ANEXOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ANEXOS 5, 6, 7, FORMATOS SMI PARA HERI SON SOLAMENTE PARA CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y NO SERÁ NECESARIO INCLUIRLOS DENTRO DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION PARCIALMENTE. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LOS ANEXOS 5, 6 Y 7 ASI COMO LOS FORMATOS SMI PARA HERI SON DE CARACTER INFORMATIVO Y SOLO DEBERA PRESENTARLOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. SIN EMBARGO EL FORMATO T21 FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA Y DEBE PRESENTARSE COMO PARTE DE LA MISMA.
TÉCNICO	ANEXO 4. FORMATOS SMI PARA HERI	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS SMI PARA HERI T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T17, T18, T20, T24, T26, T32 SON FORMATOS QUE SE PRESENTARÁ EL LICITANTE ADJUDICADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, POR LO QUE SOLO SON PARA CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y NO SERÁ NECESARIO INCLUIRLOS DENTRO DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LOS FORMATOS SMI PARA HERI T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T17, T18, T20, T24, T26 Y T32 SON FORMATOS QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PRESENTARA DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO. SON DE CARACTER INFORMATIVO PARA LOS LICITANTES Y NO SERA NECESARIO INCLUIRLOS EN LA PROPUESTA. SE PRECISA QUE EL FORMATO T21 SI FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA.
TÉCNICO	PARAMETROS TÉCNICOS 1 Y 2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE SOLICITEN EN MÁS DE UNA OCASIÓN EN LA CONVOCATORIA Y LOS PARAMETROS DE COMPRAS MX, COMO LA DOCUMENTACIÓN EL ANEXO NÚMERO 4 Y ANEXO T1, SE PODRÁN PRESENTAR EN UNA SOLA OCASIÓN EN LA PLATAFORMA A FIN DE NO DUPLICAR DOCUMENTACIÓN Y REDUCIR EL TAMAÑO DE NUESTRA PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UN CAUSAL DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERA EN MAS DE UNA SECCION DE LA CONVOCATORIA Y EN LOS PARAMETROS DE COMPRAS MX PODRA PRESENTARSE EN UNA SOLA OCASION DEBIDAMENTE REFERENCIADA EN LA PLATAFORMA. EL LICITANTE DEBERA INDICAR EXPRESAMENTE EN QUE SECCION SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO PARA EVITAR CAUSAL DE DESECHAMIENTO POR FALTA DE REFERENCIA.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES, 4. DOCUMENTACIÓN LEGAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA DOCUMENTACION LEGAL PARA ACREDITAR LO REFERIDO EN EL NUMERAL 4.1 DE TÉRMINOS Y



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		ACREDITAR ESTE NÚMERAL ES LA REQUERIDA EN LOS NUMERALES 6 Y 6.1 DE LA CONVOCATORIA, YA QUE EL NÚMERAL 4 HACE REFERENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y NO HAY NÚMERALES 4.1.1 AL 4.1.18, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	CONDICIONES CORRESPONDE A LA REQUERIDA EN LOS NUMERALES 6 Y 6.1 DE LA CONVOCATORIA, RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE CON EL FIN DE ACREDITAR EL REQUISITO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DEL EQUIPO MÉDICO, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS SE PODRÁ PRESENTAR AL MENOS EL 80% DE ESTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE UN ESCRITO EN EL QUE SE COMPROMETA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARÁ EL 20% DE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS MÉDICOS INDIRECTOS A MÁS TARDAR A LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL ACTO DEL FALLO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE INCLUIR AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS RESTANTES DENTRO DE LOS 5 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO. EN CASO DE NO PRESENTARLOS EN DICHO PLAZO SERA CAUSAL DE RESCISION DEL CONTRATO.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS SOLO POR EL ANVERSO, YA QUE EL REVERSO ÚNICAMENTE CONTIENE LA LEYENDA "SIN TEXTO" Y SU OMISIÓN NO AFECTA A LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, PERMITIENDO LA REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL REVERSO DEL REGISTRO SANITARIO ÚNICAMENTE CONTENGA LA LEYENDA "SIN TEXTO" Y SU OMISION NO AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA NI LA LECTURA INTEGRAL DEL DOCUMENTO.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN UN SOLO REGISTRO SANITARIO TODOS AQUELLOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITEN EN EL MISMO DOCUMENTO, CON EL FIN DE MÍNIMIZAR EL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS Y NO DUPLICAR LOS DOCUMENTOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE INDIQUE DE FORMA CLARA Y REFERENCIADA EN SU PROPUESTA QUE INSUMOS QUEDAN ACREDITADOS POR CADA REGISTRO SANITARIO, A EFECTO DE FACILITAR SU EVALUACION SIN DUPLICAR ARCHIVOS.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	UN SOLO ARCHIVO CON EL CONGLOMERADO DE TODOS LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE COMPRAS MX NO PERMITE LA CARGA DE CARPETAS EN SU PLATAFORMA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ARCHIVO CONGLOMERADO DE REGISTROS SANITARIOS DE EQUIPOS MEDICOS, BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS SE PRESENTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO E INDEXADO PARA FACILITAR SU LOCALIZACION DURANTE LA EVALUACION.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS INSUMOS DE BAJO RIESGO Y QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO NOS PERMITA PRESENTAR EL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, BASTANDO CON PRESENTAR CARÁTULA Y LAS PÁGINAS EN DONDE SE MENCIONA LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. SE ACLARA QUE PARA AQUELLOS INSUMOS LISTADOS EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DOF, EL LICITANTE PODRA PRESENTAR DICHO ACUERDO DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL INSUMO QUE ACREDITE, EN SUSTITUCION DEL REGISTRO SANITARIO.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES. 4.2.3 FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN UN SOLO CATÁLOGO TODOS AQUELLOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITEN EN EL MISMO DOCUMENTO, CON EL FIN DE MÍNIMIZAR EL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS Y NO DUPLICAR LOS DOCUMENTOS , ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE INDIQUE DE FORMA CLARA Y REFERENCIADA EN SU PROPUESTA QUE EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BASICO O COMPLEMENTARIO QUEDAN ACREDITADOS POR CADA CATALOGO, A EFECTO DE FACILITAR SU EVALUACION SIN DUPLICAR ARCHIVOS.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN SOLO ARCHIVO CON EL CONGLOMERADO DE TODOS LOS CATÁLOGOS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS EN LA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ARCHIVO CONGLOMERADO DE CATALOGOS DE EQUIPOS MEDICOS, BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS SE PRESENTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		PRESENTE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE COMPRAS MX NO PERMITE LA CARGA DE CARPETAS EN SU PLATAFORMA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	DEBIDAMENTE REFERENCIADO E INDEXADO PARA FACILITAR SU LOCALIZACION DURANTE LA EVALUACION.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES. 4.2.4.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN UN SOLO CERTIFICADO DE CALIDAD TODOS AQUELLOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITEN EN EL MISMO DOCUMENTO, CON EL FIN DE MÍNIMIZAR EL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS Y NO DUPLICAR LOS DOCUMENTOS , ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE INDIQUE DE FORMA CLARA Y REFERENCIADA EN SU PROPUESTA QUE INSUMOS QUEDAN ACREDITADOS POR CADA CERTIFICADO DE CALIDAD, A EFECTO DE FACILITAR SU EVALUACION SIN DUPLICAR ARCHIVOS.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES. 4.2.4.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN SOLO ARCHIVO CON EL CONGLOMERADO DE TODOS LOS CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE COMPRAS MX NO PERMITE LA CARGA DE CARPETAS EN SU PLATAFORMA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ARCHIVO CONGLOMERADO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD SE PRESENTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO E INDEXADO PARA FACILITAR SU LOCALIZACION DURANTE LA EVALUACION.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES, 4.2.12	TÉRMINOS Y CONDICIONES, 4.2.12 CÉDULA Y/O TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO DEL PERSONAL PROPUESTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMO TÉCNICO A PERSONAL DE LAS CARRERAS: ENFERMERÍA, MEDICINA, INGENIERÍA BIOMÉDICA, INGENIERÍA BIÓNICA, INGENIERÍA ELECTRICA E INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN SECTOR SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS, CARTA PASANTE, TÍTULO O COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y/O TÍTULO PROFESIONAL O EN SU CASO CONSTANCIA DE AVANCE	SE ACEPTA PARCIALMENTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. SE CONFIRMAN COMO PERFILES ACEPTABLES PARA EL ROL DE TÉCNICO LOS EGRESADOS DE LAS CARRERAS DE ENFERMERÍA, MEDICINA, INGENIERIA BIOMEDICA E INGENIERIA BIONICA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN SECTOR SALUD Y DISPOSITIVOS MEDICOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE HEMODINAMIA. RESPECTO A INGENIERIA ELECTRICA E INGENIERIA EN ELECTRONICA, NO SE ACEPTAN COMO PERFILES PARA TÉCNICO YA QUE NO CORRESPONDEN A CARRERAS DEL SECTOR SALUD. EL PERSONAL DEBERA ACREDITARSE CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS, CARTA PASANTE, TITULO O COPIA DE CEDULA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		DEL 75% AL 100% DE CRÉDITOS. ¿SE ACEPTA?"	PROFESIONAL EMITIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP) Y/O TITULO PROFESIONAL O EN SU CASO CONSTANCIA DE AVANCE DEL 75% AL 100% DE CREDITOS.
TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES, 4.2.18 ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD DEL LICITANTE DURANTE EL MISMO PERIODO DE VIGENCIA REQUERIDO PARA LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, ES DECIR ENTRE 2017 Y 2026, ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD DEL LICITANTE DURANTE EL MISMO PERIODO DE VIGENCIA REQUERIDO PARA LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, ES DECIR ENTRE 2017 Y 2026.
TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. 3.2. CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EL ANEXO TÉCNICO MENCIONA QUE EL REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS SE COMPONE DE 8 Y EN REALIDAD SON 6 PROCEDIMIENTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA SE PUBLICARA EN LAS ACLARACIONES GENERALES, EN LAS CUALES SE PRECISARA EL NUMERO Y DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS.
TÉCNICO	ANEXO T1	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL ES LA CANTIDAD MÍNIMA TOTAL REQUERIDA PARA LOS PROCEDIMIENTOS, YA QUE LA SUMA DE LAS CANTIDADES PLASMADAS NO COINCIDE. FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA SE PUBLICARA EN LAS ACLARACIONES GENERALES, EN LAS CUALES SE PRECISARAN LAS CANTIDADES MÍNIMAS POR PROCEDIMIENTO Y EL TOTAL CONGRUENTE DEL ANEXO T1.
ECONÓMICO	ANEXO T4	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO SE DEBERÁN COTIZAR CONSIDERANDO LA CANTIDAD DE 1 INSUMO. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO SE COTIZAN CON CANTIDAD UNITARIA. EL PAGO DE LOS MISMOS SE REALIZARA CONFORME AL USO EN LOS CASOS QUE APLIQUE Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE, HASTA AGOTAR EL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO.
TÉCNICO	ANEXO T4, BCB 2	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 3.8 A 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.021", 0.032" , 0.035" Y/O 0.038". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES.
TÉCNICO	ANEXO T4, BCB109	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA,	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE CALIBRE 4-11 FR (CAT: 4-14 FR) - OMITE 12, 13 Y 14 FR ESTABLECIDO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. ¿SE ACEPTA?	EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4, BCB115	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021" A 0.025"CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO,TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE GUIA VASCULAR 0.021-0.025 (CAT: 0.021-0.032) ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4, BCB47	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE DIAMETRO MINIMO 1.0-1.2 MM Y DIAMETRO MAXIMO 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD MINIMA 5-10MM Y LONGITUD MAXIMA 30 MM, Y CATETER DE 138 A 144 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE CATETIER 138-144 CM (CAT: 130-155 CM) ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4, BCB84	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE O INTERMEDIA O RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 175 Ó 182 CM Ó 190 CM Ó 300 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE PROPUESTA CON O Y OMITE 180 CM, CON LO CUAL EL USO DE LA CONJUNCION O PARA LAS PROPUESTAS DE ESPECIFICACIONES QUE PRETENDE OFERTAR ES EXCLUYENTE Y NO CORRESPONDE A LAS MEDIDAS O CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL CATALOGO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4, BCB1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 3.8 A 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.021", 0.032", 0.035" Y/O 0.038". ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4, BCB108	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 10 CM, CALIBRE 4,5,6,7 U 8 FR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 5CM A 10 CM (CAT: 5CM OPCIONAL A 14CM) - OMITE 11-14 CM ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4, BCB85	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE O INTERMEDIA O RIGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y DE 175 Ó 182 CM Ó 190 CM Ó 300 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE PROPUESTA CON O Y OMITE 175, 180 CM, CON LO CUAL EL USO DE LA CONJUNCION O PARA LAS PROPUESTAS DE ESPECIFICACIONES QUE PRETENDE OFERTAR ES EXCLUYENTE Y NO CORRESPONDE A LAS MEDIDAS O CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL CATALOGO. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4, BCB113	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 24 Ó 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE CALIBRE 4-11 FR (CAT: 4-14 FR) OMITE 12-14 ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4, BCB112	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA OFERTA INCLUYA EL RANGO COMPLETO DEL CATALOGO VIGENTE: INTRODUTOR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. ¿SE ACEPTA?	DE CATETER ARTERIAL O VENOSO POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE 4, 5, 6, 7 U 8 FR. EL CALIBRE ADICIONAL DE HASTA 11 FR OFERTADO SE CONSIDERA COMPLEMENTARIO Y NO OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LICITANTES.
TÉCNICO	ANEXO T4, 60.01.807	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BALON CON ATEROROMOS Ó PROTUBERANCIAS INDICADO PARA REESTENOSIS O LESIONES CALCIFICADAS, MATRIZ COMPLETA DE MEDIDAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA OFERTA TECNICA DEFINITIVA INCLUYA LA MATRIZ COMPLETA DE MEDIDAS CONFORME AL CATALOGO VIGENTE: DIAMETROS DE 2.00 A 4.00 MM Y LONGITUDES DE 6, 10 Y 15 MM. LA DENOMINACION "ATEROTOMOS O PROTUBERANCIAS" SE CONSIDERA DESCRIPTIVA EQUIVALENTE DEL ELEMENTO ABRASIVO DEL BALON.
TÉCNICO	ANEXO T4, 60.01.978	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE DIÁMETRO MINIMO 1.0-1.2 MM Y DIAMETRO MAXIMO 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD MINIMA 5-10MM Y LONGITUD MAXIMA 30 MM, Y CATETER DE 138 A 144 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE CATETIER 138-144 CM LARGO (CAT: 130-155 CM) ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4, 60.01.847	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA ELIMINACIÓN DE ESTE BIEN, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESCONTINUADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA ELIMINACION DE LA CLAVE 60.01.847 DEL REQUERIMIENTO. SE ACLARA AL LICITANTE QUE ESTE INSUMO CORRESPONDE A UN CATETER TIPO BERMAN PARA ANGIOGRAFIA DE 4 Y 5 FR, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL MERCADO. EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO CATETER EN SU PORTAFOLIO, PODRA OFERTAR UN CATETER EQUIVALENTE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALOGO VIGENTE. ASI MISMO LA CONVOCATORIA SOLO REQUIERE EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE FORMA OBLIGATORIA, PUDIENDO PRESENTAR EL RESTO MEDIANTE MANUALES, CATALOGOS O FOLLETOS. LO ANTERIOR PARA NO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4, 60.01.848	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DE 4 A 6 FR, LONGITUD 100 A 110 CM, YA QUE EL 8 FR NO SE COMERCIALIZA EN MEXICO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE CALIBRE 4-6 FR (CAT: 4-8 FR) EXCLUYE 7 Y 8 FR ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4, 60.01.944	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CUARTA OPCIÓN UNA PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA CON REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS EN CROMO COBALTO, GARANTIZANDO ASÍ QUE MI REPRESENTADA OFERTARÁ AL MENOS 3 PLATAFORMAS DISTINTAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE CUARTA OPCION SIROLIMUS EN CROMO COBALTO (CAT: EVEROLIMUS O ZOTAROLIMUS). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4, 60.01.1078	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, MODIFIQUE LA DESCRIPCION DE ESTE BIEN DEBIDO A QUE HACE REFERENCIA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO. LO CUAL LÍMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO CON LIBERACIÓN DE SIROLIMUS Y POLIMERO BIABSORBIBLE. MATRIZ COMPLETA DE MEDIDAS. INDICADO PARA EL SIGUIENTE TIPO DE LESIONES: BIFURCACIONES, LESIONES OSTIALES, TRONCO PRINCIPAL IZQUIERDO, OCLUSIÓN TOTAL, RE-ESTENOSIS INTRASTENT . ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE SIROLIMUS (CAT EXIGE EVEROLIMUS). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4, 60.01.948	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE CATALOGO O KIT VALVULA Y (INTRODUCE ALTERNATIVA CON O) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4, SC16	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, MODIFIQUE LA	SE ACEPTA QUE LA DESCRIPCION DE LA CLAVE SC16 PUEDE CORRESPONDER A



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		DESCRIPCÓN DE ESTE BIEN DEBIDO A QUE HACE REFERENCIA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO. LO CUAL LÍMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA TECNOLOGIA ESPECIFICA. SIN EMBARGO, LA CONVOCANTE ACEPTARA INSUMOS EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: STENT CORONARIO CONICO DE POLIMERO BIODEGRADABLE CON ELUSION DE SIROLIMUS, LONGITUDES DE 30, 40, 50 Y 60 MM. EL LICITANTE QUE PRETENDA OFERTAR UN INSUMO EQUIVALENTE DEBERA REPLANTEAR EN REPREGUNTAS LA DESCRIPCION TECNICA DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR PARA SU VALIDACION POR PARTE DE LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4, 60.01.960	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: STENT CUBIERTO CORONARIO / PERICARDIO Ó PET Ó CUBIERTO DE PTFE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE PET O CUBIERTO DE PTFE (CAT: STENT CUBIERTO PERICARDIO). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4, 60.01.962	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTE BIEN NO FORMARÁ PARTE DEL REQUERIMIENTO YA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DESCONTINUADO EN EL MERCADO. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.962 SERA ELIMINADA DEL REQUERIMIENTO. DICHA DECISION SERA PUBLICADA EN LAS ACLARACIONES GENERALES.
TÉCNICO	ANEXO T11, EQUIPO 6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ULTRASONIDO INTRAVASCULAR DE ALTA DEFINICION HD, COMPARTIBLE CON EL BIEN OFERTADO BCC 60.01.839, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ULTRASONIDO INTRAVASCULAR DE ALTA DEFINICION HD OFERTADO SEA COMPATIBLE CON EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.839 Y CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CATALOGO VIGENTE: CATETER PARA ADQUISICION DE IMAGENES EN OCT INTRAVASCULAR O CATETER DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO DE TIPO MECANICA ROTATORIA DE 60 MHZ DE ALTA DEFINICION.
TÉCNICO	ANEXO T11, EQUIPO 10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO GUIA Ó MICROCATETER DE PRESION PARA CALCULO DE FLUJO DE	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, TODA VEZ QUE EL EQUIPO GUIA O MICROCATETER DE PRESION QUE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		RESERVA DE FLUJO FRACCIONAL, COMPATIBLE CON EL BIEN OFERTADO BCC 60.01.894, ¿SE ACEPTA?	OFERTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ALTERNATIVAS PERMITIDAS POR EL CATALOGO VIGENTE: GUIA DE PRESION FLOPPY 0.014 POR 185 O 190 CM DE LONGITUD O MICROCATETER CON PUNTA DE MEDICION DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL.
TÉCNICO	ANEXO T11, EQUIPO 12, 13, 14 Y 15 Y 16	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL TRATARSE DE MATERIAL DE CURACION NO ESPECIFICO PARA HEMODINAMIA O RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS BIENES SOLO CON CATALOGO , ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. PARA AQUELLOS EQUIPOS DEL ANEXO T11 QUE CORRESPONDAN A MATERIAL DE CURACION NO ESPECIFICO PARA HEMODINAMIA O RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y QUE ESTEN LISTADOS EN EL ACUERDO DOF DE BAJO RIESGO, EL LICITANTE PODRA REFERENCIARLOS UNICAMENTE CON CATALOGO. PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN EL ACUERDO DOF DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA APLICANDO EL CRITERIO DEL 80% DE REGISTROS SANITARIOS OBLIGATORIOS.

LICITANTE : MEDICAL LIFE SUPPLY SA DE CV

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB2, DONDE SE SOLICITA: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038", LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUÍA DE 0.038".. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO, YA QUE PROPONE SOLO 18G Y SOLO 0.038 (CAT: 18-21G, 0.032-0.038), LO CUAL NO CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB109, DONDE SE SOLCITA: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. , LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 11 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 11 CM (CAT: 10/11/16/25 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB71, DONDE SE SOLCITA: CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD DE 150 Y 260 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO PUNTA J (OMITE RECTA), 0.035 (OMITE 0.038), 150 Y 260 CM (OMITE HASTA 300 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB61, DONDE SE SOLCITA: CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 100 CM (CAT: 100-110 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		DE 100 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB62, DONDE SE SOLCITA: CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 100 CM (CAT: 100-110 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB115, DONDE SE SOLCITA: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032"CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO,TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUTOR RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE CALIBRES 4, 5, 6 Y 7 FR LONG. DE 10 CM CON PERFIL BAJO, MINIGUIA DE 0.021" X 45 CM.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 10 CM (CAT: 10/16/25 CM) Y MINIGUIA 0.021X45CM (CAT: RANGO 0.021-0.032). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB73, DONDE SE SOLCITA: CUERDA GUÍA CON	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD DE 150 Y 260 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	YA QUE PROPONE SOLO PUNTA J, 0.035, 150 Y 260 CM (CAT PERMITE RECTA 0.035-0.038 Y HASTA 300 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB63, DONDE SE SOLCITA: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA PARA TÉCNICA RADIAL ASA DE 3, 3.5, 4 Y 5, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD. 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS Y CURVAS PREFORMADAS ESPECIALES PARA RADIAL CATÉTER BILATERAL TIPO TIG Ó ULTIMATE Ó TRAPEASE., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA PARA TÉCNICA RADIAL. TIPO: RADIAL Y/O KIMNY DE 100 CM, CALIBRE 5 Y 6 FR.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE CURVAS RADIAL Y/O KIMNY (CAT: JUDKINS, AMPLATZ 1/2, CURVAS RADIALES TIG, ULTIMATE O TRAPEASE). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB47, DONDE SE SOLCITA: CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO), LE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 1.20-4 MM, 8-30 MM, 130-150 CM (CAT: 1.00-4.5, 6-30, 130-155). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB84, DONDE SE SOLCITA: CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. , LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 182 CM DE LONGITUD.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 182 CM (CAT: 175, 180, 182 A 300 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB82, DONDE SE SOLCITA: CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" O 0.038" LONGITUD DE 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O ANGULADA.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 0.035 O 0.038 (OMITE 0.018), 150 Ó 260 CM (OMITE 145). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB66, DONDE SE SOLCITA: CONECTORES EN "Y", PARA CATÉTERES DE ANGIOPLASTIA. COMPATIBLE CON ROTOR E	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		INTRODUCTOR (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT), LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: KIT DE ANGIOPLASTIA QUE INCLUYE CONECTOR EN Y, ROTADOR DE CUERDA GUÍA E INTRODUCTOR O INSERTOR GUÍA.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB143, DONDE SE SOLCITA: ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" A 0.038" DE DIÁMETRO. DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT), LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: KIT DE ANGIOPLASTIA QUE INCLUYE CONECTOR EN Y, ROTADOR DE CUERDA GUÍA E INTRODUCTOR O INSERTOR GUÍA. ACEPTADO EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2025, EN LA PREGUNTA TECNICA NUMERO 13 DEL LICITANTE MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ROTADOR DE CUERDA GUÍA SE OFERTE COMO PARTE DE UN KIT QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO VIGENTE: DIAMETRO 0.014 A 0.038 Y DESECHABLE.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB124, DONDE SE SOLCITA: INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 8, 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT), LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: KIT DE ANGIOPLASTIA QUE INCLUYE CONECTOR EN Y, ROTADOR DE CUERDA GUÍA E INTRODUCTOR O INSERTOR GUÍA.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES POSIBLE VALIDAR LA EQUIVALENCIA EN FUNCION Y USO DEL KIT PROPUESTO YA QUE NO ESPECIFICA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTRODUCTOR QUE LO INTEGRA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS COMPLETAS DE CADA COMPONENTE DEL KIT QUE PRETENDE OFERTAR.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB55, DONDE SE SOLCITA: CATÉTERES GUÍA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, DENTRO DEL RANGO DE 5 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: JUDKINS ASA DE 3.0, 3.5, 4.0 Y 5.0 MM AMPLATZ, MP, EXTRA BACKUP,, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ O MP O VODA O IKARI O EBU.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE AMPLATZ O MP O VODA O IKARI O EBU, OMITE ASA 3.0 Y CALIBRE 5 FR. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB125, DONDE SE SOLCITA: JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 O 26 CC., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES 26ATM.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE PRESION 26 ATM (CAT: 1 HASTA 30 ATM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB1, DONDE SE SOLCITA: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038", LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G O 21 G PARA GUÍA DE 0.038".. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO GUIA 0.038 Y 18 O 21G (CAT: RANGO 0.032-0.038, 18-21G) ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB108, DONDE SE SOLICITA: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. , LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5 CM Y 11 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 5 Y 11 CM (CAT: 5CM OPCIONAL A 14CM) - OMITE 6-10 Y 12-14 CM ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB85, DONDE SE SOLICITA: CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. Ó CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.018" Ó 0.035" Ó 0.038 " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO, 182 O 300 CM DE LONGITUD.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 182 O 300 CM (OMITE 175, 180, 145, 150, 260). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB60, DONDE SE SOLICITA: CATÉTERES MULTIPROPÓSITO PUNTA A1, A2, B1 Y B2 ESTÉRIL, DESECHABLE Y CATÉTER PIGTAIL LONGITUD 65 A 110 CM CALIBRE. 5FR., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CATÉTERES MULTIPROPÓSITO PUNTA A1, A2, B1 Y B2 ESTÉRIL, DESECHABLE. Y CATÉTER PIGTAIL	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 110 CM (CAT: 65-110 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		LONGITUD 110 CM CALIBRE. 5FR.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB0, DONDE SE SOLICITA: DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y/O TRATAMIENTO CERÁMICO(ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO DE DIVERSAS MEDIDAS) PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE DE DIVERSOS TAMAÑOS CON DISCO DE RETENCIÓN, INCLUYE SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE CON DISPOSITIVO., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: SISTEMA OCLUSOR CARDÍACO PARA EL CIERRE COMUNICACION INTRAAURICULAR CIA (ASD) CONSTITUIDO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, DISCO CON UNA MEMBRANA INTERNA, DE DOBLE DISCO UNIDO A UNA CINTURA CILINDRICA, MEDIDAS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40 MM, DISPOSITIVO 100% RECUPERABLE Y REPOSICIONABLE Ó SISTEMA OCLUSOR CARDÍACO PARA EL CIERRE COMUNICACION INTRAVENTRICULAR CIV (VSD) CONSTITUIDO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, DISCO CON UNA MEMBRANA INTERNA, DE DOBLE DISCO UNIDO A UNA CINTURA CILINDRICA, MEDIDAS DE 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 MM, DISPOSITIVO 100% RECUPERABLE Y REPOSICIONABLE.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE SISTEMA OCLUSOR CIA/ASD COMUNICACION INTRAAURICULAR (CAT: OCLUSOR CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE DAP). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB113, DONDE SE SOLICITA: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. , LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 11 CM (CAT: 10-25 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO POR TECNICA PERCUTANEA LONGITUD DE 11 CM DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14 FR.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB112, DONDE SE SOLCITA: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUTORES DE CATÉTER ARTERIAL , LONGITUD DE 11 Y/O 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. COMPATIBLE CON GUIA DE 0.038".. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 11 Y/O 25 CM, CALIBRE 5-8 FR (CAT: 10-25 CM, 4-8 FR) OMITE 10 CM Y 4 FR. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. BCB42, DONDE SE SOLCITA: CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Y 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE CURVAS H1/JB1/ETC (CAT: HEAD-HUNTER/COBRA/VERTEBRAL/SMI/JB/SIMMONS) Y 4-5 FR (CAT: 5-6 FR). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.806, DONDE SE SOLCITA: BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DE 8, 12, 15, 20 Y 30 MM DE LONGITUD.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE LONGITUDES 8, 12, 15, 20, 30 MM (CAT: DESDE 10 HASTA 30 O 40 MM) EXCLUYE 40 MM Y AGREGA 8 FUERA DE RANGO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.808, DONDE SE SOLCITA: BALON DE CONTRA PULSACION DE 30, 40 O 50 CC.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.819, DONDE SE SOLCITA: BOLSA ESTÉRIL PARA TUBO DE FLUOROSCOPIO.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ES UN INSUMO CONSIDERADO DE BAJO RIESGO PARA EL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. SE ACLARA QUE ESTE INSUMO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO POR SER CONSIDERADO DE BAJO RIESGO CONFORME AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.839, DONDE SE SOLCITA:	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		CATÉTER PARA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES EN OCT. INTRAVASCULAR Ó CATÉTER DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO DE TIPO MECÁNICA ROTATORIA DE 60 MHZ, DE ALTA DEFINICIÓN. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO ÚNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES ÚNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MÁS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASÍ MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BÁSICO, NO. 60.01.977, DONDE SE SOLICITA: CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA CAL 4 A 6 FR., LONGITUD 65 A 110 CM. TIPO: MPA, PIGTAIL, NIH O RECTO DIVERSAS CURVAS. , LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: CATETERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE CATETERES PERIFÉRICOS H1/JB1/ETC (CAT: MPA/PIGTAIL/NIH/RECTO), 4-5 FR (CAT: 4-6 FR). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCIÓN "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.841, DONDE SE SOLICITA: CATÉTER PARA SENO CORONARIO DE 5 A 7FR.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO ÚNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES ÚNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MÁS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASÍ MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.981, DONDE SE SOLCITA: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE SU PROPUESTA NO ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE YA QUE NO INCLUYE LA CURVA TIPO JUDKINS REQUERIDA EN EL CATALOGO VIGENTE. FAVOR DE REPLANTEAR SU PREGUNTA EN REPREGUNTAS ESPECIFICANDO EL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR CON LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYENDO: TIPO DE CURVA, CALIBRE EN FRENCH, LONGITUD EN CENTIMETROS Y DEMAS CARACTERISTICAS QUE DEMUESTREN EQUIVALENCIA EN FUNCION Y USO CON LO SOLICITADO.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.982, DONDE SE SOLCITA: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD. 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES, TODA VEZ QUE LA DENOMINACION FEMORAL IZQUIERDA CORRESPONDE A LA CURVA TIPO JUDKINS REFERIDA EN EL CATALOGO VIGENTE Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: CALIBRE 5 O 6 FR, LONGITUD 100 A 110 CM, ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2, MULTIPROPOSITOS Y MAMARIOS.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.868, DONDE SE SOLCITA: CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA PODER EVALUAR LA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, RÍGIDA ALTO GRAMAJE 6 A 14 GRAMOS DE 0.014, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 182 CM DE LONGITUD.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	LA CONVOCANTE, DEBE ESPECIFICAR PROPONE CUERDA RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SIN ESPECIFICAR ALTO GRAMAJE 6-14 G EXIGIDO EN CATALOGO DEL PRODUCTO QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO DICHA INFORMACION TECNICA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.871, DONDE SE SOLICITA: DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ACIDO POLIGLICOLICO, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR PERCUTÁNEO PARA ACCESO FEMORAL DE 7FR, DISEÑADO PARA HEMOSTASIA MEDIANTE EL DESPLIEGUE DE UN TAPÓN ABSORBIBLE DE MATERIAL SINTÉTICO (ÁCIDO POLIGLICÓLICO - PGA) COMPATIBLE CON LA VAINA INTRODUCTORA ESTÁNDAR UTILIZADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PERMITIENDO EL DESPLIEGUE A TRAVÉS DE LA MISMA SIN NECESIDAD DE INTERCAMBIO DE GUÍA O VAINA. INCLUYE SISTEMA INDICADOR VISUAL DE POSICIONAMIENTO PARA GARANTIZAR LA UBICACIÓN PRECISA DEL TAPÓN SOBRE LA ARTERIOTOMÍA.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.871 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA Y NO REFLEJA LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, INCLUYENDO LAS ALTERNATIVAS DE CIERRE VASCULAR CON SISTEMA SIS 7FR. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 01.010.006, DONDE SE SOLICITA: DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y/O TRATAMIENTO CERÁMICO(ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO DE DIVERSAS MEDIDAS) PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE DE DIVERSOS TAMAÑOS CON	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80%



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		DISCO DE RETENCIÓN, INCLUYE SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE CON DISPOSITIVO.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.872, DONDE SE SOLCITA: DISPOSITIVO OCLUSOR VASCULAR DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO PARA OCLUSIÓN VASCULAR DE DIVERSOS TIPOS Y MEDIDAS, INCLUYE EL SISTEMA LIBERADOR.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. SE ACLARA QUE EL LICITANTE DEBE INCLUIR EN SU PROPUESTA TECNICA LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA DESCRIPCION DEL CATALOGO VIGENTE. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO TODAS LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.875, DONDE SE SOLCITA: ECOREALSADOR.O ECO CONTRASTE; SUBSTANCIA QUE SE INYECTA DURANTE UNA ECOCARDIOGRAFÍA REALZA LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS CON LA ECOGRAFÍA.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.881, DONDE SE SOLCITA: EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 CM. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 6 FR (CAT: RANGO 5, 5.5, 6, 7 Y 8 FR O 6 A 8 FR) . SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.882, DONDE SE SOLCITA: EXTENSIÓN DE CATÉTER GUÍA DE 5 A 6 FR O 6 A 7 FR, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 CM. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 6 FR (CAT: 5 A 6 FR O 6 A 7 FR). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.898, DONDE SE SOLCITA: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD ENTRE 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE CATALOGO O ALTERNATIVA CON USO O EN CALIBRES 5/6/7 NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 24 A 45 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.899, DONDE SE SOLCITA: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14 CMS., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD DE 11 CM.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 11 CM (CAT: 5 CM OPCIONAL A 14 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.900, DONDE SE SOLCITA: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 8 FR., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 11 O 25 CM, CALIBRE 5, 6, 7 Y 8 FR. CALIBRE 0.035".. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE CALIBRES 5-8 FR (CAT: 4-8 FR) EXCLUYE 4 FR ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.1064, DONDE SE SOLCITA: INTRODUTOR LARGO DE 30, 65 Y 85 CM TRENZADO DE INICIO A FIN, MARCA RADIOPACA DE PLATINO /IRIDIO, DILATADOR DE LDPE COMPATIBLE CON GUÍA 0.035", DE 12 Y 14 FR CUENTA CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y LLAVE DE TRES VÍAS.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PUEDE CONSIDERAR ESTA CLAVE DENTRO DEL 80% DE REGISTROS SANITARIOS OBLIGATORIOS Y ENTREGAR LOS FALTANTES DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO, O EN SU CASO RECLASIFICAR ESTA PREGUNTA A LA CLAVE CORRESPONDIENTE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLETAS QUE PRETENDE OFERTAR. FAVOR DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	REPLANTEAR SU PREGUNTA EN REPREGUNTAS.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.907, DONDE SE SOLICITA: INTRODUCORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10CM OPCIONAL A 14CM CALIBRE. 6, 7 Y 8 FR. , LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUCORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10 U 11 CM, CALIBRE. 6, 7 Y 8 FR. . ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE 10 U 11 CM (CAT: 10 OPCIONAL A 14 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.901, DONDE SE SOLICITA: INTRODUCORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 7 Ó 10 Ó 11 Ó 16 O 25CM CALIBRE. 4, 5, 6 . CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO Ó SEMIHIDROFÍLICO, 0.018 A 0.025, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUCOR RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE CALIBRES 4, 5, 6 Y 7 FR LONG. DE 10 CM CON PERFIL BAJO, MINIGUIA DE 0.021" X 45 CM.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE SOLO 10 CM Y MINIGUIA 0.021X45CM (CAT: 7/10/11/16/25 CM, CALIBRES 4/5/6, GUIA 0.018-0.032). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.1080, DONDE SE SOLICITA: KIT DE CATETER FLEXIBLE DE ASPIRACION NO	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		QUIRURGICA DE (16-20 Y 24 FR), POR 33 CM DE LARGO, DE POLIMERO Y REVESTIMIENTO HIDROFILICO, VALVULA HEMOSTATICA, LLAVE DE TRES PASOS, DILATADOR COMPATIBLE CON GUI 0.035. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.02.024, DONDE SE SOLICITA: KIT DE ELECTRODO DE ESTIMULACIÓN DE AURICULA - VENTRICULO O HAZ DE HIS BIPOLAR CON CUCHILLA AUTOAJUSTABLE ESTERIL Y CATETER INTRODUTOR PARA ELECTRODO PARA ESTIMULACION INFRA HISIANA. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.1057, DONDE SE SOLICITA: KIT DE INTRODUTOR RADIAL CON PARED ULTRADELGADA LONGITUS OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: INTRODUTOR RADIAL CON PARED DELGADA, CUBIERTA HIDROFILICA, CALIBRES 5, 6 Y 7 FR Y LONGITUD DE 10 CM.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE LONGITUD 10 CM UNICA (CAT: 10 O 16 O 25 CM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO,	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		NO. 60.01.912, DONDE SE SOLICITA: KIT DE PERICARDIOCENTÉSIS. INCLUYE: 1 AGUJA DE 22 G., 1 AGUJA DE 25 G., 1 JERINGA DE 12 MM., 1 JERINGA DE 20 CC., 1 JERINGA DE 60 CC, 1 BISTURÍ Y 1 AGUJA DE 3-0 CURVA CON SUTURA. (PUEDE VARIAR SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE TENGAN LA MISMA FUNCIONALIDAD Y SEAN COMPATIBLES SUS ELEMENTOS), LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: KIT DE PERICARDIOCENTESIS. INCLUYE: DILATADOR, CATETER RECTO O PIGTAIL DE 8.3 FR, GUIA CON PUNTA EN J DE 0.35" X 80 CM, 4 ESPONJAS, LLAVE DE PASO DE 3 VIAS, CLIP ALLIGATOR ESTERIL, BISTURI #11 CON MANGO, SUTURA DE SEDA, APLICADOR DE PREP, JERINGAS CON LUER LOCK DE 10 CC Y 20CC, AGUJA CON DRENAJE DE 18 G Y BOLSA DE DRENAJE DE 1000CC.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE KIT CON DILATADOR/CATETER PIGTAIL/GUIA/LLAVE/ETC (CAT: AGUJAS 22G Y 25G, JERINGAS ESPECIFICAS, BISTURI, SUTURA). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.921, DONDE SE SOLICITA: MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 300 A 370 MG/ML, IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML O IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD, IOXAGLATO DE SODIO Y MEGLUMINA, CONCENTRACIÓN 320MG/ML, PRESENTACIÓN 100ML., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 300MGL/ML, IOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.931, DONDE SE SOLICITA:	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.931 FORMA PARTE DEL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		MICRO GUÍA DE 0.014, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MICRO GUÍA DE 0.014" , LONGITUD DE 205 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: MICROGUÍA 0.014 CON LONGITUDES 150/180/182/300 CM RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.1078, DONDE SE SOLCITA: PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO CON LIBERACIÓN DE EVEROLIMUS Y POLIMERO BIABSORBIBLE CON DIÁMETRO DE EN MM 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 Y LONGITUDES EN MM 8, 12, 16, 20, 24, 28 Y 32 INDICADO PARA EL SIGUIENTE TIPO DE LESIONES: BIFURCACIONES, LESIONES OSTIALES, TRONCO PRINCIPAL IZQUIERDO, OCLUSIÓN TOTAL, RE-ESTENOSIS INTRASTENT, INJERTO DE VENA SAFENA Y ENFERMEDAD DE MÚLTIPLES VASOS, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: STENT CORONARIO DE POLIMERO BIODEGRADABLE LIBERADOR DE SIRULIMUS, LONGITUDES DE 8 MM A 38 MM Y DIAMETRO DE 2.25 MM A 4.00 MM.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE SIROLIMUS (CAT: EVEROLIMUS) Y RANGO 2.25-4.0 MM (CAT: 3.5-5.0 MM) EXCLUYE 4.5 Y 5.0. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.948, DONDE SE SOLCITA: ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PROPONE CATALOGO O KIT VALVULA Y (INTRODUCE ALTERNATIVA CON O) NO PUEDEN SER EXCLUYENTES CON EL USO DE LA CONJUNCION "O", POR LO CUAL DEBE OFERTAR CORRECTAMENTE USANDO LA CONJUNCION "Y" QUE INCLUYE TODOS LOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		DESCRIPCION: ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO. TIPO: PIN-VICE. DESECHABLE O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR,. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA DESCRIPCION. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.949, DONDE SE SOLCITA: SET DE MICRO PUNCIÓN.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 01.011.006, DONDE SE SOLCITA: SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO, Y/O CON TRATAMIENTO CERAMICO, CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.956, DONDE SE SOLICITA: SONDA PARA ECO INTRACARDIACO (INCLUYE USO DE EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO)COMPATIBLE EL SISTEMA OFERTADO DE MAPEO 3D U OTROS PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURALES COMPATIBLES CON EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO. . LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.1043, DONDE SE SOLICITA: SONDA PARA ECO INTRACARDIACO (INCLUYE USO DE EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO) PARA OTROS PROCEDIMIENTOS COMPATIBLES CON EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO. USO ADULTO Y PEDIÁTRICO. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO BASICO, NO. SC16, DONDE SE SOLICITA: STENT CORONARIO CONICO DE POLIMERO BIODEGRADABLE CON ELUSION DE SIROLIMUS. LONGITUDES 30MM, 40MM, 50MM Y 60MM, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: STENT CORONARIO DE POLIMERO BIODEGRADABLE LIBERADOR DE	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE LONGITUDES 8-38 MM (CAT: 30, 40, 50, 60 MM). SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		SIRULIMUS, LONGITUDES DE 8 MM A 38 MM, TODA VEZ QUE LAS LONGITUDES DE 50 Y 60 SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.960, DONDE SE SOLICITA: STENT CUBIERTO CORONARIO / PERICARDIO.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES UNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MAS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE NO ES REQUERIDO TENER CARTA DE APOYO POR EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO CUAL LA CONVOCATORIA NO LIMITA EL APOYO A UN SOLO FABRICANTE. ASI MISMO, SE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES MARCADOS COMO OBLIGATORIO, EL RESTO PUEDE PRESENTAR SOLO LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS O SIMILAR. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERA ENVIAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO LOS REGISTROS SANITARIOS FALTANTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.961, DONDE SE SOLICITA: STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014" O 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL).. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.961 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: STENT AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL CON MARCAS DE TANTALIO COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035, 0.014 Y 0.018. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.1068, DONDE SE SOLICITA: STENT LIBERADOR DE FÁRMACO BIOLIMUS A9, O STENT/ANDAMIO BIO	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA DESCRIPCION DE LA CLAVE 60.01.1068 INCLUYE DOS PLATAFORMAS CON PROPOSITO CLINICO DISTINTO: STENT



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		ABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO ÚNICAMENTE CON CATALOGO, SIN PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, NI CERTIFICADO DE CALIDAD, TODA VEZ QUE ESTE INSUMO ES ÚNICO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL Y NO OTORGA APOYO A MÁS DE UN LICITANTE, LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	LIBERADOR DE BIOLIMUS A9 Y STENT O ANDAMIO BIOABSORBIBLE CON SIROLIMUS. EL LICITANTE DEBE OFERTAR AMBAS PLATAFORMAS EN SU PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO AMBOS TIPOS.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.962, DONDE SE SOLICITA: STENT NO MEDICADO DIFERENTES DIÁMETROS Y MEDIDAS., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: STENT CORONARIO MEDICADO LIBERADOR DE ZOTAROLIMUS, ALEACIÓN DE COBALTO, NÚCLEO DE PLATINO-IRIDIO, MEDIDAS DE DIÁMETRO DE 2 A 5 MM, LONGITUDES DE 8 A 38 MM, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE LA TECNOLOGÍA NO MEDICADA HA SIDO DESCONTINUADA POR FABRICANTES LÍDERES PARA PRIORIZAR LA REDUCCIÓN DE REESTENOSIS EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES, POR LO QUE MUCHOS DE ESTOS INSUMOS COMO EL REBEL DE BOSTON SCIENTIFIC YA NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE, LO CUAL SERÍA UN IMPOSIBLE DE CUMPLIR PARA LA PROVEEDURÍA. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE STENT MEDICADO LIBERADOR ZOTAROLIMUS (CAT EXIGE NO MEDICADO). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.031, DONDE SE SOLICITA: TROMBECTOMÍA PULMONAR. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTE NUMERAL ES CONSIDERADO UN PROCEDIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ DE ELIMINARSE DEL LISTADO DE BCC Y EN SU CASO DEBERÁ DE SER MOVIDO AL APARTADO DE PROCEDIMIENTOS EN EL ANEXO UNO, INDICANDO SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS,	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 60.01.031 SERÁ MODIFICADA EN LAS ACLARACIONES GENERALES. LA DESCRIPCIÓN ACTUALIZADA SERÁ LA SIGUIENTE: INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE TROMBECTOMÍA PULMONAR QUE INCLUYE: UN CATÉTER DE ASPIRACIÓN O DRENAJE DE GRAN CALIBRE DISEÑADO CON TECNOLOGÍA DE INFUSIÓN CONTINUA PARA EL ALOJAMIENTO DIRECTO DE FÁRMACOS O SUCCIÓN MECÁNICA EN LA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		DE IGUAL MANERA SOLICITAMOS NOS DESCRIBA EL LISTADO DE INSUMOS QUE COMPONEN DICHO PROCEDIMIENTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	ARTERIA AFECTADA, UN CATETER DE DILATACION CON BALON DE ARRASTRE HIDROFILICO DE ALTA DISTENSIBILIDAD PARA LA FRAGMENTACION Y EXTRACCION ENDOVASCULAR DEL TROMBO, UN CATETER GUIA DE SOPORTE EXTRA CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON Y PUNTA SUAVE DIRECCIONABLE DE CURVAS ESPECIFICAS (COMO TIPO IMP O MULTIPROPOSITO) PARA LA NAVEGACION SEGURA A TRAVES DE LAS CAVIDADES DERECHAS DEL CORAZON, Y UNA CAMISA O VAINA INTRODUCIDORA DE ALTO FLUJO CON VALVULA HEMOSTATICA Y DIAMETROS FRANCESES EXPANDIDOS (ENTRE 8 FR Y 24 FR SEGUN LA TECNICA DE SUCCION ELEGIDA) QUE PERMITE EL ACCESO PERCUTANEO SEGURO POR VIA VENOSA FEMORAL O YUGULAR SIN PERDIDA DE VOLUMEN SANGUINEO. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA CONFORME A LA DESCRIPCION ACTUALIZADA.
TÉCNICO	ANEXO T4	BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO. 60.01.970, DONDE SE SOLICITA: TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO LA SIGUIENTE DESCRIPCION: SISTEMA PARA EL MONITOREO DE TIEMPO DE COAGULACIÓN CON TECNOLOGÍA DE CARTUCHO. EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE TIEMPO DE COAGULACION PARA CUMPLIR CON ESE INSUMO.. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE SISTEMA CON TECNOLOGIA DE CARTUCHO (CAT: TUBO PARA MUESTRA). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.7, FORMATO T30	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR ESTE FORMATO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. EL LICITANTE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO T30 QUE "LOS EQUIPOS MEDICOS FABRICADOS POR LA EMPRESA QUE REPRESENTO, CUENTAN CON MENOS DE 10 AÑOS CERO MESES DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		DECIR VERDAD QUE LOS EQUIPO(S) MÉDICO(S) FABRICADO(S) POR LA EMPRESA QUE REPRESENTO, CUENTAN CON 10 (DIEZ) AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR DE 2016) Y/O EN SU CASO ESTOS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES FUNCIONALES CON INDEPENDENCIA DE LOS AÑOS PARA CUMPLIR LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?	FABRICACION", LO ANTERIOR EXCLUYE A TODOS LOS EQUIPOS CON FECHA DE FABRICACION MAYOR A 10 AÑOS. NO PROCEDE SUSTITUIR ESTE COMPROMISO POR LA EXPRESION GENERICA "EN CONDICIONES FUNCIONALES CON INDEPENDENCIA DE LOS AÑOS".
LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.7, FORMATO T30	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL FORMATO T30 SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LA ANTIGÜEDAD DE EQUIPOS ESTABLECIDA EN EL PUNTO 4.2.7 (10 AÑOS) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN EL FORMATO T30 DEBERA TOMAR EN CUENTA LA ANTIGÜEDAD DE EQUIPOS ESTABLECIDA EN EL PUNTO 4.2.7 DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES, ES DECIR MENOS DE 10 AÑOS CERO MESES DE FABRICACION.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, INCISO D)	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN FOLIADA DE MANERA INDEPENDIENTE, SIENDO ESTA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONOMICA, SIN NECESIDAD DE LA NOMENCLATURA 1/N..., N/N. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. PODRA FOLIAR DE MANERA INDIVIDUAL LA DOCUMENTACION LEGAL- ADMINISTRATIVA, LA PROPUESTA TECNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA, SIN NECESIDAD DE LA NOMENCLATURA 1/N...N/N.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA: 9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE POR TRATARSE DE UN EVENTO QUE LICITA UN SERVICIO INTEGRAL Y MEDIANTE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 DE LAASSP "...CUANDO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REQUIERAN OBTENER BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS QUE CONLLEVEN EL USO DE CARACTERÍSTICAS DE ALTA ESPECIALIDAD TÉCNICA O DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, DEBERÁN UTILIZAR EL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES O DE COSTO O BENEFICIO.", POR LO QUE LE REQUERIMOS MODIFIQUE EL CRITERIO DE ESTA MISMA Y SOLICITE LA DOCUMENTACIÓN COMO LA SOLICITAN EN DOCUMENTOS DE TERMINOS Y CONDICIONES A PARTIR DEL APARTADO DEL CURRÍCULUM INDIVIDUALIZADO HASTA EL APARTADO DE CUMPLIMIENTO	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL SERVICIO A CONTRATAR CORRESPONDE A UN SEGUNDO NIVEL DE ATENCION MEDICA, NO A UNO DE TERCER NIVEL NI DE ALTA ESPECIALIDAD, PARA LO CUAL SOLO SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS HEMODINAMICOS BASICOS QUE NO AMERITAN CONDICIONES DE CONTRATACION ESPECIALIZADAS. ASI MISMO, LOS REQUISITOS SOLICITADOS TIENEN CARACTER DE BASICOS Y NO DE ALTA ESPECIALIDAD TECNICA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ESTANDARIZADOS EN EL MERCADO, ASI MISMO SE ESTAN EVALUANDO TODOS LOS PUNTOS QUE PERMITEN ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE ESPECIFICAN EN LAS LICITACIONES NACIONALES REALIZADAS POR PUNTOS Y PORCENTAJES, LO CUAL NO DEAMERITA LA EVALUACION DE LA CALIDAD REQUERIDA PARA ESTE SERVICIO. POR LO ANTERIOR EL CRITERIO DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		DE CONTRATOS. ¿SE ACEPTA?	EVALUACION BINARIO ES PROCEDENTE CONFORME A LA LAASSP.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 12.1 PERÍODO DE CONTRATACIÓN	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE 30 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL, ESTO DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE UN SERVICIO INTEGRAL Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS SE REQUIEREN DE MAS DÍAS PARA SU TRASLADO Y OPERACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL PLAZO PARA LA ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL ES DE 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EXISTIO UN ERROR MECANOGRAFICO EN LAS BASES QUE SERA CORREGIDO EN LAS ACLARACIONES GENERALES. EN CASO DE QUE ALGUN EQUIPO SEA DE NUEVA ADQUISICION Y REQUIERA UN PLAZO MAYOR PARA SU ENTREGA E INSTALACION, EL LICITANTE DEBERA ESPECIFICAR DICHA SITUACION EN REPREGUNTAS INDICANDO EL EQUIPO Y EL PLAZO REQUERIDO PARA SU EVALUACION POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

LICITANTE : SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
ECONÓMICO	ANEXO 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS A CONSIDERAR DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA; LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EL "ANEXO T4" NO SE INDICAN CANTIDADES A CONSIDERAR PARA LOS "BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO",MIENTRAS EL ANEXO NÚMERO 3 CONTIENE UNA COLUMNA DE "CANTIDAD" PARA EL APARTADO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO SUCEPTIBLES DE ADQUISICIÓN.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO SE COTIZAN CON CANTIDAD UNITARIA. LO ANTERIOR OBEDECE A QUE EL PERIODO DE CONTRATACION ES RECIENTE Y LOS CONSUMOS AUN NO SE HAN ESTABILIZADO PARA PODER DEFINIR MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS CON PRECISION. ADICIONALMENTE, EXISTEN CLAVES INDISPENSABLES DE TENER A DISPOSICION EN CASO DE REQUERIRSE PERO QUE SON DE BAJO CONSUMO, PARA LAS CUALES NO ES FACTIBLE DEFINIR CANTIDADES MINIMAS O MAXIMAS YA QUE SU USO ESTA DETERMINADO POR LAS NECESIDADES CLINICAS DE CADA PACIENTE Y SUS PADECIMIENTOS. EL PAGO DE LOS BCC SE REALIZARA CONFORME AL USO EN LOS CASOS QUE APLIQUE Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE, HASTA AGOTAR EL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN PARA EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.865, YA QUE DE SU LECTURA SE OBSERVA LA DESCRIPCIÓN ESTA INCOMPLETA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.865 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: CATÉTER CON PUNTA EN J DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035 Y LONGITUDES 150/260/300 CM. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN PARA EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.868, YA QUE DE SU LECTURA SE OBSERVA LA DESCRIPCIÓN ESTA INCOMPLETA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.868 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA RESPECTO A SUS ESPECIFICACIONES ORIGINALES. LA DESCRIPCION COMPLETA INCLUYE: MICROGUÍA 0.014 CON PUNTA CÓNICA GRAMAJE 1-6 G Y LONGITUDES 180/190/182 CM. FAVOR DE CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN PARA EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.871, YA QUE DE SU LECTURA SE OBSERVA LA DESCRIPCIÓN ESTA INCOMPLETA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CLAVE 60.01.871 FORMA PARTE DEL GRUPO DE DESCRIPCIONES QUE SERAN COMPLETADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES, YA QUE LA DESCRIPCION ACTUAL DEL CATALOGO SE ENCUENTRA TRUNCADA Y NO REFLEJA LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, INCLUYENDO LAS ALTERNATIVAS DE CIERRE VASCULAR CON SISTEMA SIS 7FR. FAVOR DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CONSULTAR LAS ACLARACIONES GENERALES Y REPLANTEAR SU PROPUESTA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERAN SER EQUIVALENTES EN FUNCION Y USO A LAS ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN RELACIÓN AL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.806: "BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD.", ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA DESCRIPCION DEL CATALOGO INCLUYE DOS TIPOS DE INSUMOS CON PROPOSITOS CLINICOS DIFERENTES: BALON CORONARIO CON PACLITAXEL Y BALON CORONARIO CON SIROLIMUS. EL LICITANTE DEBE OFERTAR AMBAS OPCIONES EN SU PROPUESTA TECNICA PARA CUBRIR EL TOTAL DE LAS NECESIDADES CLINICAS. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO AMBOS TIPOS.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA NOS OFERTAR EN RELACIÓN AL SIGUIENTE BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.823: "CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO 1.5 MM A 4.0 DE DIÁMETRO PARA GUÍA 0.014" PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS Y DE 20 A 200 Ó 210 Ó 220 0MM DE LONGITUD. USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAR DE VASOS PERIFÉRICOS INFRAPOPLÍTEOS.", ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE DIAMETRO 1.5-4.0 MM (CAT: 1.5 A 4 U 8 MM) EXCLUYE OPCION 8 MM ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.824: "CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE O ALTA PRESIÓN DE 4 MM A 10 MM DE DIÁMETRO PARA GUÍA 0.035" PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS Y DE 20 A 100 MM DE LONGITUD. USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAR DE VASOS PERIFÉRICOS FEMORALES", ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE DIAMETRO 4-10 MM (CAT: 3-12 MM) EXCLUYE 3 MM Y 11-12 MM ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PR EL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.985: "CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE CON O SIN RECUBRIMIENTO Y SOLO 182 CM. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 182 CM DE LONGITUD" CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL BIEN DE COMPLEMENTARIO 60.01.902 "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA 4,5,6,8 FRENCH LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 16 Ó 25 CM CON GUIA VASCULAR 0.035" A 0.038"; ESTO PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN EN RELACION DE LOS BIENES A OFERTAR ¿SE ACEPTA?.	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE INTRODUCTOR ESTANDAR 4-8 FR 10-25 CM (CAT: INTRODUCTOR GUIA LARGO 90-100 CM 7-8 FR). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.1080. "KIT DE CATETER FLEXIBLE DE ASPIRACION NO QUIRURGICA DE (16-20 Y 24 FR), EN UN RANGO DE 90 A 107CM DE LARGO, CON DISCO DE MALLA DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE, VALVULA HEMOSTATICA, LLAVE DE TRES PASOS, DILATADOR COMPATIBLE CON GUIA 0.035", JERINGA DE 60 CC OCLUSOR DE SEGURIDAD TRANSITORIO PARA ELIMINACION DE ENBOLOS Y TROMBOS DE VASOS SANGUINEOS VASCULARES PERIFERICOS YEMBOLIAS PULMONARES, SIN NECESIDAD DE TROMBOLITICOS, POR RETRACCION MECANICA Y RECUPERACION DE SANGRE". DADO QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR Y NO DELIMITARIA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA MISMA EN RELACIÓN A LOS BIENES A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES PROCEDENTE POR LO SIGUIENTE: PROPONE KIT 90-107 CM CON DISCO MALLA NITINOL Y JERINGA 60CC (CAT: 33 CM SIN DISCO). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS OFERTANDO EL RANGO COMPLETO ESTABLECIDO, EMPLEANDO LA CONJUNCION "Y" PARA LOS ELEMENTOS CONJUNTOS Y/O CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIVALENTES VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.418: MARCAPASO CARDIACO BICAMERAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1. ACTIVIDAD DE FRECUENCIA: DE 60 A 100 BPM.	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE OFERTAR EL RANGO COMPLETO YA QUE PROPONE RANGO 7-10 FUNCIONES (CAT EXIGE MINIMO 10 FUNCIONES PARA BICAMERAL) ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA NO LIMITAR LA UTILIDAD MEDICA DEL INSUMO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		2. MULTIPROGRAMABLE: RANGO DE 7 A 10 FUNCIONES INCLUIDAS. 3. POLARIDAD DEL EQUIPO: BIPOLAR (DESENSADO). 4. MODOS DE FRECUENCIA: AJUSTABLES. 5. AMPLITUD DE VOLTAJE: MANUALMENTE AJUSTABLE DE 1 O 2 CÁMARAS. 6. DIMENSIONES: PESO = A 40 GR, GROSOR DE 7 A 11 MM. 7. LONGEVIDAD: 7 AÑOS EN ADELANTE. 8. CUBIERTA O CARCASA : TITANIO HERMÉTICAMENTE SELLADO. 9. BLOQUE CONECTOR: POLIMERO DE TIPO IMPLANTABLE. 10. FUENTE DE ENERGIA: BATERIA DE MONOFLUORURO DE LITIO-CARBONO O YODURO DE LITIO. 11. ELECTRODOS CUBIERTOS: CON SILICÓN O POLIURETANO CON CONDUCTORES DE DIFERENTES METALES 13. LONGITUD: MAYOR A 50 CM 14. INTRODUTOR: = 2 ¿SE ACEPTA?	SOLICITADO. SE ACLARA QUE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.426: MARCAPASO CARDIACO UNICAMERAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. 1. ACTIVIDAD DE FRECUENCIA: DE 60 A 100 BPM. 2. MULTIPROGRAMABLE: RANGO DE 7 A 10 FUNCIONES INCLUIDAS. 3. POLARIDAD DEL EQUIPO: BIPOLAR (DESENSADO). 4. MODOS DE FRECUENCIA: AJUSTABLES. 5. AMPLITUD DE VOLTAJE: MANUALMENTE AJUSTABLE DE 1 O 2 CÁMARAS. 6. DIMENSIONES: PESO = A 40 GR, GROSOR DE 7 A 11 MM. 7. LONGEVIDAD: 7 AÑOS EN ADELANTE. 8. CUBIERTA O CARCASA : TITANIO HERMÉTICAMENTE SELLADO. 9. BLOQUE CONECTOR: POLIMERO DE TIPO IMPLANTABLE. 10. FUENTE DE ENERGIA: BATERIA DE MONOFLUORURO DE LITIO-CARBONO O YODURO DE LITIO.	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE SU PROPUESTA OMITIÉNDOLE LAS CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO VIGENTE. EN PARTICULAR DEBE ESPECIFICAR: MODO DE ESTIMULACION DDDR Y DIAMETRO DEL ELECTRODO DE 3.2 MM. FAVOR DE REALIZAR REPREGUNTA INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS: MULTIPROGRAMACION MINIMO 7 FUNCIONES, POLARIDAD BIPOLAR, MODO DDDR, PESO MENOR A 40 GRS, GROSOR MENOR A 9 MM, LONGEVIDAD DESDE 7 AÑOS, CUBIERTA DE TITANIO, FUENTE DE YODURO DE LITIO, ELECTRODOS CON CUBIERTA DE SILICON O POLIURETANO, FIJACION ACTIVA CON TORNILLOS PARA AURICULA Y PASIVA PARA VENTRICULO, DIAMETRO 3.2 MM, LONGITUD 50 A 60 CM Y DOS INTRODUTORES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA" (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		11. ELECTRODOS CUBIERTOS: CON SILICÓN O POLIURETANO CON CONDUCTORES DE DIFERENTES METALES 12. FIJACIÓN: ACTIVA PARA AURICULA, PASIVA PARA VENTRÍCULO. 13. LONGITUD: MAYOR A 50 CM 14. INTRODUTOR: = 2 ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.931: "MICROCATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE DE 1.5 FR. , COMPATIBLES CON DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE." ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE MICROCATETERES FLUJO DEPENDIENTE 1.5 FR COMPATIBLES DMSO (CAT: MICROGUIA 0.014). FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	ANEXO T4; CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA EL BIEN COMPLEMENTARIO SC16: "STENT CORONARIO CONICO DE POLIMERO BIODEGRADABLE CON ELUSION DE SIROLIMUS. LONGITUDES 30MM, 40MM, 50MM Y 60MM". CON EL FIN DE NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL MISMO., PERMITA OFERTAR STENT CORONARIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: "STENT CORONARIO CONICO DE POLIMERO BIODEGRADABLE CON ELUSION DE SIROLIMUS. LONGITUDES 28MM, 33MM, 38MM" SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GUARDA EQUIVALENCIA CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, YA QUE PROPONE LONGITUDES 28, 33, 38 MM (CAT: 30, 40, 50, 60 MM) - NINGUNA COINCIDE. FAVOR DE REPLANTEAR EN REPREGUNTAS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES.
TÉCNICO	CRITERIO EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE LA FORMA DE QUE SE EVALUARA LA PROPUESTA TÉCNICA, SI ES POR EL MÉTODO BINARIO O POR PUNTOS Y PORCENTAJE?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL CRITERIO DE EVALUACION ES BINARIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. EL SERVICIO A CONTRATAR CORRESPONDE A UN SEGUNDO NIVEL DE ATENCION MEDICA, NO A UNO DE TERCER NIVEL NI DE ALTA ESPECIALIDAD, POR LO CUAL EL CRITERIO BINARIO ES PROCEDENTE CONFORME A LA LAASSP.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIERE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN LEGAL (REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO)?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION TECNICA Y LEGAL COMPLETA (REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD) PARA LOS EQUIPOS QUE SE INCLUYEN EN EL ANEXO T2 EQUIPO DE SMI PARA HER. EN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			LOS CASOS DONDE LOS INSUMOS DEL ANEXO T4 REQUIERAN EQUIPO MEDICO PARA SU USO, LOS LICITANTES DEBEN CONSIDERAR EL PRESTAMO DE DICHOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL USO DEL INSUMO, LOS CUALES SERAN SOLICITADOS AL PROVEEDOR GANADOR EN UN PLAZO DE 24 HORAS COMO MINIMO PREVIO A LA REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO. PARA DICHOS EQUIPOS EN PRESTAMO NO ES NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACION TECNICA NI LEGAL EN LA PROPUESTA. SON LOS BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO LOS QUE SERAN EVALUADOS Y PARA LOS CUALES SI DEBE PRESENTARSE DOCUMENTACION TECNICA, LEGAL Y ECONOMICA COMPLETA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPO POLIGRAFO PARA ESTUDIOS HEMODINÁMICOS?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO.?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPO DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASOS?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPOECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO?	DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPO PARA TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA (OCT). INTRAVASCULAR?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPO BOMBA DE IRRIGACION?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPO ESTIMULADOR CARDIACO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPO FUENTE PARA MARCAPASOS CARDIACO TEMPORAL.?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPO EQUIPO DE GUIA DE PRESION PARA CALCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL.?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LAS CARACTERISTICAS QUE COMPONE EL EQUIPO UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA TERMOFUSION DE VASOS.?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DETALLADAS DE ESTE EQUIPO SERAN PUBLICADAS EN LAS ACLARACIONES GENERALES. FAVOR DE CONSULTAR DICHO DOCUMENTO ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS MANDIL EMPLOMADO CON DOS PIEZAS Y SOPORTE PARA COLGARLOS. GUANTES EMPLOMADOS, ANTEOJOS EMPLOMADOS, COLLARIN EMPLOMADO, PROTECTOR DE GONADAS EMPLOMADO, SOLO SERA NECESARIO PRESENTAR CATALOGO O IMAGEN ILUSTRATIVA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. PARA EL EQUIPO DE RADIOPROTECCION QUE COMPRENDE MANDIL EMPLOMADO CON DOS PIEZAS Y SOPORTE PARA COLGARLOS, GUANTES EMPLOMADOS, ANTEOJOS EMPLOMADOS, COLLARIN EMPLOMADO Y PROTECTOR DE GONADAS EMPLOMADO, EL LICITANTE PODRA PRESENTAR UNICAMENTE CATALOGO O IMAGEN ILUSTRATIVA QUE PERMITA SU IDENTIFICACION TECNICA, TODA VEZ QUE SE TRATA DE INSUMOS DE BAJO RIESGO QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO CONFORME AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS CONFIRME PARA EL EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO NO SERA NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN LEGAL (REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO) PARA SU EVALUACIÓN, TODA VEZ QUE ES UN EQUIPO INTINERANTE.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO FORMA PARTE DEL ANEXO T2 EQUIPO DE SMI PARA HER, POR LO QUE DEBE PRESENTAR DOCUMENTACION TECNICA Y LEGAL COMPLETA (REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD) COMO PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA. EL CARACTER ITINERANTE O EN PRESTAMO SOLO APLICA PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE ACOMPAÑAN UN INSUMO DEL ANEXO T4 Y NO ESTAN LISTADOS EN EL ANEXO T2.
TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO DE SMI PARA HER	¿EN CASO QUE MI PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA PRESENTAR CATALOGO O IMAGEN ILUSTRATIVA DEL EQUIPO?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA EL EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO DEL ANEXO T2 DEBE PRESENTAR DOCUMENTACION COMPLETA: REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD. APLICA EL CRITERIO GENERAL DE PRESENTAR AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE FORMA OBLIGATORIA EN LA PROPUESTA; EL 20% RESTANTE DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. NO PROCEDE SUSTITUIR LA DOCUMENTACION COMPLETA POR CATALOGO O IMAGEN ILUSTRATIVA UNICAMENTE.
TÉCNICO	TÉCNICOS PERSONAL	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE REQUIERE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	PARA PRESTAR EL SERVICIO	MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE EL NUMERO DE TÉCNICOS QUE SE REQUIEREN PARA PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO)?	UN TÉCNICO POR TURNO MATUTINO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. DICHO PERSONAL DEBERA CUMPLIR CON EL PERFIL ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA.
TÉCNICO	TÉCNICOS PERSONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS CONFIRME SI LOS TÉCNICOS TENDRAN EL PERFIL DE INGENIERO BIOMEDICOS, TÉCNICOS EN EMFERMERIA Y/O LICENCIATURA EN ENFEMERIA.?	ES CORRECTA SU APRECIACION SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LOS PERFILES ACEPTABLES PARA EL ROL DE TÉCNICO SON: INGENIERO BIOMEDICO, TÉCNICO EN ENFERMERIA Y/O LICENCIATURA EN ENFERMERIA, ASI COMO OTROS PERFILES RELACIONADOS AL AREA DE LA SALUD CON EXPERIENCIA EN HEMODINAMIA, DEBIENDO ACREDITARSE MEDIANTE CEDULA, TITULO PROFESIONAL, CARTA PASANTE O CONSTANCIA DE AVANCE DEL 75% AL 100% DE CREDITOS SEGUN APLIQUE.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	FABRICACION DE SUS EQUIPOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE NO OFERTAR EQUIPOS USADOS, NO SE DEBERÁ DE PRESENTAR EL FORMATO T30 “CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 5 (CINCO) AÑOS FABRICACIÓN A PARTIR 2019” SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS NUEVOS, PUEDE MODIFICAR LA CARTA HACIENDO REFERENCIA A QUE SON EQUIPOS NUEVOS. NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO OFERTAR EQUIPOS NUEVOS NI MODIFICAR EL FORMATO T30 EN ESE SENTIDO.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS	EN CASO DE NO PRESENTAR EQUIPOS USADOS, SOLICITAMOS NOS PERMITAN PRESENTAR LA CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS CON MARCA DE AGUA "NO APLICA" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES. EN CASO DE NO PRESENTAR EQUIPOS USADOS, PUEDE PRESENTAR LA CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS CON MARCA DE AGUA "NO APLICA".
LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMATOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES FORMATOS T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T17, T18, T19, T20 T21, T26 Y T32 SON SOLO DE CONOCIMIENTO Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTARLOS, HASTA ES CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION RESPECTO AL FORMATO T21. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL FORMATO T21 FORMA PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y DEBE PRESENTARLO COMO PARTE DE LA MISMA. EL RESTO DE LOS FORMATOS LISTADOS (T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T26 Y T32) SON DE CARACTER INFORMATIVO Y SOLO DEBERA PRESENTARLOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.
LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 5 Y ANEXO 6	ES CORRECTO ENTENDER EL ANEXO 5 Y EL ANEXO 6 SON SOLO DE CONOCIMIENTO Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO EL	ES CORRECTA SU APRECIACION PARCIALMENTE. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LOS ANEXOS 5 Y 6 SON DE CARACTER



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO**.

Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		NO PRESENTARLOS, HASTA ES CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	INFORMATIVO Y NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO SU NO PRESENTACION EN LA PROPUESTA, DEBIENDO PRESENTARLOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

De conformidad con el inciso c) del numeral 4 de las bases y al penúltimo párrafo del artículo **43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**, se informa a los licitantes que las aclaraciones a la Convocatoria, así como las modificaciones derivadas del acta de junta de aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.

Se hace la observación que por parte del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejoras de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones se tuvo conocimiento y participación de la presente acta de manera virtual. Así mismo, se informa que no hubo participación por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos.

De acuerdo con lo previsto en el **artículo 44 último párrafo** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa a los licitantes que la fecha límite de recepción de **REPREGUNTAS** a las respuestas emitidas en la presente junta de aclaraciones, tendrá hasta el día **28** de mayo del **2026**, hasta las **14:30** horas.

Después de dar lectura a la presente Acta, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto de la Junta de Aclaraciones a las bases de la **licitación Pública Nacional Electronica con número en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 para la contratación del “Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiología Intervencionista” (SMI para Heri), a Septiembre Ejercicio 2026**; siendo las **14:30 hrs** se levanta la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, con fundamento en **los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concordancia con los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley**, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron, informándoles



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX LA-50-GYR-050GYR013-N-75-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA” (SMI PARA HERI), A SEPTIEMBRE EJERCICIO 2026, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 39, 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON LOS **ARTICULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.**

que podrán consultarla a través de la **Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX (buengobierno.gob.mx).**

FIRMAS ELECTRÓNICAS DE LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO
LAE. Sandra Isela Barzalobre Aragón	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.
Lic. Ernesto Antonio Hooper Arvizu	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Ing. Juan Alberto Torres Bautista	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Lic. María de la Luz Macías de la Huerta	Supervisor de Proyectos E2