



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

En la Ciudad de Puebla, Pue., siendo las **10:00 horas** del día **3 de Marzo del 2022**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en la calle 5 de Febrero Oriente No. 107, Col. San Felipe Hueyotlipan C.P. 72030, Puebla, Pue., se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el **Acta de Junta de Aclaraciones** de la Convocatoria a la **Licitación Pública con Carácter Nacional** indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como de los numerales **3.2 y 4** de las Bases de la Convocatoria.

Este acto es presidido por la **CP Diliam Montaña Hernandez, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en Puebla**, servidor público designado por la convocante del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 47 segundo párrafo del Reglamento de la Ley y el Punto 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, preside el evento y quien al inicio de esta junta comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de los licitantes que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta convocatoria, a través del sistema CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación.

La Presidenta del acto, fue asistida por la **QFB. Elvia Hilario Mendoza, Jefa de Laboratorio del HR Tepexi de Rodriguez**, como Área Técnica quien respondió las preguntas de carácter técnico.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar, indicando que se presentaron las preguntas por vía electrónica a través del portal de compras gubernamentales CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Forma de Presentación	No. de Preguntas	No. de Hojas
1	1.-Instrumentos y Equipos Falcón SA de CV	Electrónica	36 (Treinta y Seis)	7 (Siete)

Se adjuntan copia de la pantalla de CompraNet constatándose que **SÍ** se recibieron preguntas de los licitantes por esta vía:

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Procedimiento : 1088401 - LA-05

compranet.hacienda.gob.mx/esop/mdl/message/receivedMessage.do?reset=true&_ncp=1646232966241.54983-3

08:56 a. m. CST - Central America Time

Bienvenido DANIEL DOMINGUEZ LOPEZ

Compra Net

Volver a la Lista

Publicación DOF Duplicar Procedimiento Modificar fecha de apertura

Procedimiento : 1088401 - LA-050GYR006-E46-2022 SERV LABORATORIO CLÍNICO IMSS-BIENESTAR Vigente

Expediente 2398110- LA-050GYR006-E46-2022 SERV LABORATORIO CLÍNICO IMSS-BIENESTAR

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 09/03/2022 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la)

	Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	28/02/2022 03:18 p. m.	INTERES EN PARTICIPAR Y SOLICITUD DE ACLARACIONES IEFSA	01/03/2022 10:02 a. m.	01/03/2022 10:02 a. m.	
Total 1						Página 1 de 1

Procedimiento : 1... Correo sin leer... 8 JUNTA DE ACL... 7 JUNTA DE ACL... 2022 JUNTA ACLA LA... 08:56 a.m. miércoles 02/03/2022



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Se informa que, derivado de las preguntas recibidas en relación a la convocatoria en mención, se elaboró el Acta de Suspensión del Acto Junta de Aclaraciones para dar atención a las mismas, en donde se informó que el Acto se daría continuidad el día **3 de Marzo del 2022** en punto de las **10:00 horas**.

A continuación, se informa que se deberán tomar en cuenta las siguientes **Consideraciones Generales** a la convocatoria de la Licitación Pública con Carácter Nacional, en apego al Artículo 33 de la Ley, que a la letra dice:

“Cualquier modificación a la Convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.”

**No existen Consideraciones Generales a las bases de la convocatoria de la Licitación Pública con Carácter Nacional
No. LA-050GYR006-E46-2022**

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante con apoyo del área técnica, como se indica a continuación:

Preguntas efectuadas por:

LICITANTE: 1-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV			
NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA	PREGUNTAS:	RESPUESTAS:
1	PLATAFORMA COMPRANET GLOSARIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ABRIR LOS CAMPOS “ADICIONALES” EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET PARA EL PRESENTE EVENTO. LO ANTERIOR EN CASO DE QUE LA INFORMACIÓN QUE SE SUBA SEA MAYOR A 150 MB. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA.
2	2.3 NORMAS DE CALIDAD, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. INCISO C)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCATORIA, NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2015 VIGENTE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, EL CUAL ACREDITA LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL EN LABORATORIO CLÍNICO, BANCO DE SANGRE, TOMOGRAFÍA, IMAGENOLOGÍA, MÍNIMA INVASIÓN, ENTRE OTROS, EL CUAL ES EQUIVALENTE O DE MAYOR ALCANCE AL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
3	2.5 LICENCIAS Y PERMISOS • AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE Y/O LICENCIA SANITARIA	DEBIDO A QUE EL FORMATO ACTUAL DE LA COFEPRIS INCLUYE AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO EN UN MISMO DOCUMENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHO DOCUMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

LICITANTE: 1.-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV			
NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA	PREGUNTAS:	RESPUESTAS:
	DEL LICITANTE. • LICENCIA DE RESPONSABLE SANITARIO.		
4	2.4 CONDICIONES DEL SERVICIO. ADECUACIÓN AMBIENTAL. ... EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LOS HOSPITALES, INDICADOS EN EL ANEXO 4 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL ANEXO NÚMERO 4 NO APLICA PARA EL PRESENTE EVENTO, DE LO CONTRARIO FAVOR DE PROPORCIONARLO. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	2.4 CONDICIONES DEL SERVICIO. ADECUACIÓN AMBIENTAL. ... EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LOS HOSPITALES, INDICADOS EN EL ANEXO 4 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE AL PUNTO 2.2 LUGAR PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO, EN SUSTITUCIÓN AL ANEXO 4? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
6	2.6 FECHAS Y HORARIOS DE VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.DE LAS VISITAS QUE SE REALICEN A LAS UNIDADES, SE DEJARÁ UN EXPEDIENTE DEL INFORME DE LA VISITA CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA MISMA.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DEL EXPEDIENTE DEL INFORME DE LAS VISITAS SE DEBERÁ INTEGRAR UNA COPIA EN LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES Y EN CASO DE NO PRESENTARSE SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
7	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS	SOLICITAN MEDICIÓN POR ELECTRODOS LIBRES DE MANTENIMIENTO. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLICITAN EQUIPO CON ELECTRODOS SIN MANTENIMIENTO, CUYO DETECTOR DE MUESTRA CONTROLA EL PASO DE LA MUESTRA Y SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

LICITANTE: 1-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA	PREGUNTAS:	RESPUESTAS:
	PROPUESTOS BIOQUÍMICA CLÍNICA (ELECTROLITOS) PUNTO 2	BURBUJAS DE AIRE?? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
8	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS COAGULACIÓN PUNTO 1	SOLICITAN "CON CAPACIDAD DE DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA SIN GASTO DE REACTIVO EXTRA", ENTENDEMOS QUE ESTO ES UN PUNTO NECESARIO EN EL INSTRUMENTO A OFERTAR, ¿ESTO ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
9	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS COAGULACIÓN PUNTO 3	SOLICITAN "CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES: SI, MÍNIMO 4 MECÁNICOS Y 4 ÓPTICOS.", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR INSTRUMENTO CON 8 CANALES DE LECTURA ÓPTICOS, TECNOLOGÍA CON LA QUE CUENTAN ACTUALMENTE LAS UNIDADES Y QUE PERMITEN LA DETERMINACIÓN ADECUADA DE LOS TIEMPOS DE COAGULACIÓN SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
10	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS COAGULACIÓN PUNTO 9	SOLICITAN "CAPACIDAD PARA PROGRAMAR MUESTRAS URGENTES: SI.", SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO QUE NO REQUIERE APARTADO DE URGENCIAS, ESTO DEBIDO A SU VELOCIDAD, YA QUE EMITE RESULTADOS EN MÁXIMO 9 MIN, Y UNA MUESTRA DE COAGULACIÓN SE DEBE CENTRIFUGAR POR 10 MIN, POR LO QUE ANTES DE QUE SE ACABA DE CENTRIFUGAR LA MUESTRAS EL ANALIZADOR YA EMITIÓ EL RESULTADO DE LAS MUESTRAS QUE ESTUVIESE CENTRIFUGANDO AL MOMENTO DE LA LLEGADA DE LA MUESTRA DE URGENCIA. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
11	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS COAGULACIÓN PUNTO 6	SOLICITAN VOLUMEN DE MUESTRA: MÁXIMO 50 UL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE EL PODER OFERTAR UN EQUIPO QUE TOMA 50UL DE VOLUMEN DE PLASMA PARA TP Y TTP, QUE SON LAS PRUEBAS SOLICITADAS EN LAS PRUEBAS INCLUIDAS. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
12	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES	SOLICITAN ANALITOS O ESTUDIOS A DETERMINAR: MÍNIMO LOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TI... MENCIONAN EL ANEXO TI, ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A LA DESCRIPCIÓN	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

LICITANTE: 1.-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA	PREGUNTAS:	RESPUESTAS:
	TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS UROÁNÁLISIS PUNTO 2	GENERAL DE LOS GRUPOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
13	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS UROÁNÁLISIS PUNTO 2	SOLICITAN ANALITOS O ESTUDIOS A DETERMINAR: MÍNIMO LOS SOLICITADAS EN EL ANEXO TI. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DE UROANÁLISIS A OFERTAR DEBE DETERMINAR COMO MÍNIMO LOS ANALITOS MENCIONADOS EN LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS GRUPOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO (DENSIDAD ESPECÍFICA, PH, UROBILINÓGENO, PROTEÍNAS, CUERPOS CETÓNICOS, HEMOGLOBINA, GLUCOSA, BILIRRUBINA, LEUCOCITOS, NITRITOS) Y COMO OPCIONAL DETERMINAR AQUELLOS ANALITOS ADICIONALES QUE SE MENCIONAN EN EL PUNTO 2 DE LA CÉDULA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LOS EQUIPOS DE UROANÁLISIS, ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
14	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS UROÁNÁLISIS PUNTO 4	SOLICITAN VELOCIDAD DE CICLO DE MEDICIÓN: MÍNIMO 5 SEGUNDOS. SE LE PIDE A LA AMABLE CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN TIEMPO DE MEDICIÓN DE 7 SEGUNDOS LO CUAL NO AFECTA EL TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA CARGA DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
15	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS UROÁNÁLISIS PUNTO 5	SOLICITAN DEPÓSITO DE MUESTRAS: PLACA DE CARGA DE TIRA. ¿EN ESTE PUNTO HACE REFERENCIA AL DEPÓSITO DE TIRAS Y AL PASO DONDE SE TRANSPORTAN LAS TIRAS? FAVOR DE ACLARAR.	ES UN DEPOSITO DE DESECHO DE LAS TIRAS REACTIVAS DESPUÉS DEL USO
16	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS UROÁNÁLISIS	SOLICITAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: SI, MÍNIMO A 3,000 RESULTADOS. SE LE PIDE A LA AMABLE CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA ALMACENAMIENTO DE 2000 RESULTADOS EN MEMORIA Y CON LA POSIBILIDAD DE PODER TENER ADICIONAL EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN LA INTERFACE ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA -----

LICITANTE: 1.-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA	PREGUNTAS:	RESPUESTAS:
	PUNTO 11		
17	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS GASES Y PH EN SANGRE PUNTO 2	SOLICITAN ANALITOS O ESTUDIOS A DETERMINAR POR LA UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE: MÍNIMO PH, PO2, PCO, LACTATO, BICARBONATO DE CALCIO, HEMOGLOBINA Y GLUCOSA. ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO SOLICITADO TENGA LA CAPACIDAD DE MEDIR PH, PO2, PCO2, NA+, KA+, CA++ IÓNICO, GLUCOSA, LACTATO, HEMATOCRITO, CON PARÁMETROS CALCULADOS COMO HCO3, HCO3 STD, TCO2, BEECF, EB, SO2. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
18	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS GASES Y PH EN SANGRE PUNTO 4	SOLICITAN QUE CUENTE CON MÓDULO DE REACTIVOS. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE UTILIZA CARTUCHO MULTIUSOS, INCLUYE SOLUCIONES, REACTIVOS, MEMBRANAS, ELECTRODOS O BIOSENSORES, GASES TONOMETRIZADOS, AGUJA TOMA DE MUESTRA Y BOLSA DE DESECHOS. CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMÁTICO EN TIEMPO REAL DESPUÉS DE CADA MUESTRA ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
19	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS HEMOGLOBINA GLICOSILADA PUNTO 4	SOLICITAN VOLUMEN MÁXIMO 4 µL SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR QUE PROCESA LA PRUEBA REQUERIDA CON 5 UL AL NO HABER DIFERENCIA SIGNIFICATIVA CON LO REQUERIDO, CON LA VENTAJA QUE EL ANALIZADOR PROPORCIONE EL RESULTADO EN 3 MINUTOS BRINDANDO MAYOR NÚMERO DE PRUEBAS POR HORA. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
20	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS HEMOGLOBINA GLICOSILADA PUNTO 5	SOLICITAN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR QUE DÉ RESULTADOS CUANTITATIVOS, PORTÁTIL Y BATERÍA RECARGABLE, CON CERTIFICADO NGSP, CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS OPCIONAL Y PUERTO RS232 ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
21	CÉDULA DE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CUYO	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

LICITANTE: 1-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA	PREGUNTAS:	RESPUESTAS:
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "BIOQUIMICA CLÍNICA" PUNTO 1. PRINCIPIO DE MEDICIÓN: FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA (COLORIMETRÍA) Y TURBIDIMETRÍA: SI.	PRINCIPIO DE MEDICIÓN SEA COLORIMETRICO, ENZIMÁTICO Y TURBIDIMETRICO, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	
22	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "BIOQUIMICA CLÍNICA" PUNTO 4. NÚMERO DE REACTIVOS A BORDO: MÍNIMO. 40 REACTIVOS A BORDO.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN MÁXIMO DE 30 REACTIVOS ABORDO, SIN QUE SE AFECTE EL NÚMERO DE ESTUDIOS SOLICITADOS EN EL ANEXO NÚMERO 1 DONDE ESPECIFICA QUE SON 27 LOS ANALITOS DE QUÍMICA CLÍNICA INCLUYENDO ELECTROLITOS; SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
23	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "BIOQUIMICA CLÍNICA" PUNTO 7. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS POR HORA: MÍNIMO 200 PRUEBAS POR HORA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 150 PRUEBAS POR HORA, ESTO EN BASE A QUE LA UNIDAD HR. CHIAUTLA DE TAPIA QUE ES LA QUE TIENE EL MAYOR ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD DIARIA, REALIZA 160 ANÁLISIS POR DÍA; SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
24	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN VOLUMEN DE MUESTRA PROGRAMABLE DE 3 A 40 µL, TOMANDO EN CUENTA QUE EL VOLUMEN MÍNIMO DE RECOLECCIÓN SANGUÍNEA ES DE 0.5 ML. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA -----

LICITANTE: 1-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA	PREGUNTAS:	RESPUESTAS:
	"BIOQUIMICA CLÍNICA" PUNTO 8. VOLUMEN DE MUESTRA: DE 2 A 45 UL		
25	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "BIOQUIMICA CLÍNICA" PUNTO 9. VOLUMEN DE REACTIVOS: PROGRAMABLE DE 10 A 450 µL.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN VOLUMEN DE REACTIVO PROGRAMABLE DE 10 A 440 µL. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
26	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "BIOQUIMICA CLÍNICA" PUNTO 10. CAPACIDAD DE ANALIZAR MUESTRAS DE SUERO, PLASMA, ORINA O LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO: SI.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ANALIZAR MUESTRAS DE SUERO, PLASMA, ORINA, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, SANGRE TOTAL, SOBRENADANTE Y OTROS LÍQUIDOS. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
27	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "BIOQUIMICA CLÍNICA" PUNTO 11. CALIBRACIÓN MONO PUNTO, DOS PUNTOS, Y MULTIPUNTO: SI.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA -----

LICITANTE: 1-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA	PREGUNTAS:	RESPUESTAS:
28	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "BIOQUIMICA CLÍNICA" PUNTO 17. SENSOR DE NIVEL DE MUESTRAS Y REACTIVOS, PROTECCIÓN DE COLISIÓN Y CHEQUEO DE INVENTARIO: SI.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DETECCIÓN DE NIVEL CAPACITIVA. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
29	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS BIOQUIMICA CLÍNICA (ELECTROLITOS) PUNTO 13. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: MÍNIMO 125 RESULTADO DE PACIENTES.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 100 A 125 RESULTADOS DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
30	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS BIOQUIMICA CLÍNICA (ELECTROLITOS) PUNTO 4	SOLICITAN EN EL PUNTO NÚMERO 4 CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRA: MÁXIMO 55 SEGUNDOS EN SANGRE Y 90 SEGUNDOS EN ORINA. SE PUEDE OFERTAR ANALIZADOR QUE NOS PROPORCIONE UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 60 SEGUNDOS EN SANGRE, SUERO O PLASMA Y 90 SEGUNDOS EN ORINA CON UN CICLO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO DE MUESTREO Y CALIBRACIÓN CADA 4 HRS, OTORGANDO SEGURIDAD A LA INSTITUCIÓN DE CONTAR CON RESULTADOS EXACTOS EN CUALQUIER MOMENTO ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
31	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS ANALITOS A LOS QUE SE REFIERE SON LOS DESCRITOS EN EL ANEXO 15 MODELO DE CONTRATO, DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS GRUPOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
 JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
 NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

LICITANTE: 1-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA	PREGUNTAS:	RESPUESTAS:
	“HEMATOLOGÍA” PUNTO 2. ANALITOS O ESTUDIOS: SOLICITADOS EN EL ANEXO 4 CON UN MÍNIMO DE 21 PARÁMETROS CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES.		
32	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS “HEMATOLOGÍA” PUNTO 2. ANALITOS O ESTUDIOS: SOLICITADOS EN EL ANEXO 4 CON UN MÍNIMO DE 21 PARÁMETROS CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN MÍNIMO DE 18 PARÁMETROS Y DIFERENCIAL DE TRES PARTES, TOMANDO EN CUENTA LOS ANALITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 15 MODELO DE CONTRATO, DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS GRUPOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DONDE ESPECIFICAN LOS 18 PARÁMETROS REQUERIDOS, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
33	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS “HEMATOLOGÍA” PUNTO 4. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS POR HORA: MÍNIMO 70 PRUEBAS / HORA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE 60 PRUEBAS POR HORA, TOMANDO COMO REFERENCIA LA UNIDAD DE EL SECO QUE ES LA QUE TIENE EL MAYOR ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD DIARIA, REALIZA 30 ANÁLISIS POR DÍA, ESTE TIEMPO DE PROCESO NO AFECTA SU JORNADA LABORAL. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
34	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS “HEMATOLOGÍA” PUNTO 5. VOLUMEN DE MUESTRA: MÁXIMO 9 µL.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN VOLUMEN MÁXIMO DE MUESTRA DE 9.8 µL, TOMANDO EN CUENTA QUE EL VOLUMEN MÍNIMO DE RECOLECCIÓN SANGUÍNEA ES DE 0.5 ML. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

LICITANTE: 1.-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA	PREGUNTAS:	RESPUESTAS:
35	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "HEMATOLOGÍA" PUNTO 12. CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO DE PRUEBAS: MÍNIMO 500 000 RESULTADOS INCLUYENDO GRÁFICAS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PRUEBAS DE 1500 PACIENTES EN MEMORIA INTERNA Y 60000 PACIENTES EN MEMORIA EXTERNA. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA
36	CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "HEMATOLOGÍA" PUNTO 20. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA 100 HASTA 240 V/50 A 60 HZ.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UNA INSTALACIÓN DE 90 HASTA 250 V, 50 - 60HZ. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA

OBSERVACIONES

Es importante mencionar que derivado de las respuestas otorgadas en la presente acta, el plazo que los licitantes tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas será de 6 (seis) horas contadas a partir de la publicación del acta en el portal de compras gubernamentales Compranet, una vez recibidas las preguntas la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviara las contestaciones correspondientes ello con fundamento en el artículo 46 fracción II del reglamento de la Ley.

Se hace constar que **NO** se cuenta con la presencia del Representante del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y de Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAED/254/2022 de fecha del **22 de Febrero del 2022**.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Se hace constar que **NO** se cuenta con la presencia del Representante de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través oficio No. 229001150100/CAED/253/2022 de fecha del **22 de Febrero del 2022**.

Se hace constar que **SÍ** se cuenta con la presencia de la **QFB. Elvia Hilario Mendoza** como representante del Programa IMSS-Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAED/255/2022 de fecha del **22 de Febrero del 2022**.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.



Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx>.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **10 de Marzo del 2022 a las 10:00 horas** a través del Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta se dio por terminada el Acto de Junta de Aclaraciones siendo las **10:45 horas del día 3 de Marzo del 2022**.

Esta Acta consta de **14 (Catorce) páginas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por el Instituto

Nombre	Área	Firma
CP Diliam Montaña Hernandez	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en Puebla	
Lic. Juan Pablo Guevara Aguilar	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL
NO. LA-050GYR006-E46-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO.LA-050GYR006-E46-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA HOSPITALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Nombre	Área	Firma
QFB. Elvia Hilario Mendoza	Por el Programa IMSS-Bienestar	
Mtro. Daniel Dominguez López	N-47 Líder de Proyecto "C"	

Por el Órgano Interno de Control.
Sin Asistencia

Por la Jefatura de Servicios Jurídicos.
Sin Asistencia

FIN DEL ACTA