



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

En la Ciudad de Puebla, Pue., siendo las **13:00 horas** del día **8 de Febrero del 2024**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 5 de Febrero Oriente No. 107, Col. San Felipe Hueyotlipán C.P. 72030, Puebla, Pue., se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el **Acto de Junta de Aclaraciones** de la Convocatoria por **Licitación Pública con Carácter Nacional** indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como de los numerales **3.2 y 4** de las Bases de la Convocatoria.

Este acto es presidido por la **CP Diliam Montaña Hernandez, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, servidora pública designada por la convocante del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 47 segundo párrafo del Reglamento de la Ley y el Punto 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, preside el evento y quien al inicio de esta junta comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de los licitantes que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta convocatoria, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación.

La Presidenta del acto, fue asistida por la **QFB Roselia Mendoza Solís, Responsable del HR San Salvador el Seco** como Área Técnica quien respondió las preguntas de carácter técnico.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que **SÍ** se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar por vía electrónica a través del portal de compras gubernamentales CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Forma de Presentación	No. de Preguntas	No. de Hojas
1	DISTRIBUCIONES DAIS SA DE CV	ELECTRÓNICA	5 (Cinco)	1 (Una)
2	EQUIVER SA DE CV	ELECTRÓNICA	12 (Doce)	1 (Una)
3	HEMOSER SA DE CV	ELECTRÓNICA	38 (Treinta y Ohco)	6 (Seis)
4	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	ELECTRÓNICA	4 (Cuatro)	1 (Una)
5	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	ELECTRÓNICA	50 (Cincuenta)	6 (Seis)
6	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	ELECTRÓNICA	3 (Tres)	1 (Una)

Se adjuntan copia de la pantalla de CompraNet constatándose que **SÍ** se recibieron preguntas de los licitantes por esta vía:



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

**Compranet** | <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/compranet/#/procedimientos/detalle-tp/#6015806-4bc9-4519-8161-f02542013ba3>

11:34 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México | DANIEL DOMINGUEZ LOPEZ  
Operador de unidad compradora

**COMPRANET**

**Procedimiento LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024**

Código del expediente: E-2024-00005449 | Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 | Estatus del procedimiento de contratación: EN ACLARACIONES

Código interno del procedimiento: P-2024-00005067 | Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 SERV LABORATORIO CLÍNICO IMSS-BIENESTAR

Licitantes que han presentado proposición: 0

Datos Generales | Requerimientos | **Solicitudes de aclaración** | Proposiciones | Evaluación | Fallo | Datos relevantes del contrato | Bitácora de acciones

**Juntas de Aclaraciones del Procedimiento**

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones\*: 07/02/2024 11:00 | Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compranet\*: 06/02/2024 11:00

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR | Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	ATLANTIS OPERADORA SERVICIOS DE SALUD SA DE CV	06/02/2024 12:17	06/02/2024 12:20			
2	ATYDE MEXICO SA DE CV	06/02/2024 17:47				
3	CIBERNETICA DE MEXICO SA DE CV	02/02/2024 09:55				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

Compranet x Compranet x

https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/compranet/#/procedimientos/detalle-tp/16015808-4bc9-4519-8161-f02542013ba3

11:14 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México DANIEL DOMINGUEZ LOPEZ Operador de unidad compranet

COMPRANET

- Expediente
- Procedimientos
- Datos Relevantes de Contratos
- Consolidaciones
- Registro Empresarial de Compranet
- Proveedores irrepuestos y sancionados
- Avisos y notificaciones
- Panel
- Ayuda

DANIEL DOMINGUEZ LOPEZ Operador de unidad compranet

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Reguntas
1	ATLANTIS OPERADORA SERVICIOS DE SALUD SA DE CV	06/02/2024 12:17	06/02/2024 12:20			
2	ATVDE MEXICO SA DE CV	06/02/2024 17:47				
3	CIBERNETICA DE MEXICO SA DE CV	02/02/2024 09:55				
4	DISTRIBUCIONES DAIS SA DE CV	30/01/2024 17:22	30/01/2024 17:23			
5	EQUIVER SA DE CV	06/02/2024 08:35	06/02/2024 08:36			
6	ESTUDIOS CLINICOS DR. T. J. ORIARD SA DE CV	31/01/2024 12:54				
7	HEMOSEP SA DE CV	01/02/2024 09:00	01/02/2024 09:01			
8	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	31/01/2024 09:14	31/01/2024 10:54			
9	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	30/01/2024 17:23	30/01/2024 17:25			
10	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	31/01/2024 09:53				
11	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	06/02/2024 10:59				
12	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	01/02/2024 15:49	01/02/2024 15:50			

<< < 1 > >> 20

← Regresar Solicitudes de aclaración



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

Se informa que, derivado de las preguntas recibidas en relación a la convocatoria en mención, se declaró una suspensión al acto de la Junta de Aclaraciones para dar atención a las mismas, reanudándose en punto de las **13:00 horas** del día **8 de Febrero del 2024**.

A continuación, se informa que se deberán tomar en cuenta las siguientes **Consideraciones Generales** a la convocatoria de la Licitación Pública con Carácter Nacional, en apego al Artículo 33 de la Ley, que a la letra dice:

***“Cualquier modificación a la Convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.”***

**No existen Consideraciones Generales a las bases de la convocatoria de la Licitación Pública con Carácter Nacional  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024**

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante con apoyo del área técnica, como se indica a continuación:

Preguntas efectuadas por:

**1.-DISTRIBUCIONES DAIS SA DE CV**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	481832	DISTRIBUCIONES DAIS SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 6.2. NUMERAL V PROPOSICIÓN TÉCNICA	DICHA CARTA PUEDE SER OTORGADA POR LA EMPRESA TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
2	481833	DISTRIBUCIONES DAIS SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 6.2. NUMERAL V PROPOSICIÓN TÉCNICA ANALIZADOR DE ELECTROLITOS	SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO QUE PROCESA MUESTRAS DE SANGRE TOTAL, SUERO Y ORINA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
3	481834	DISTRIBUCIONES DAIS SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 6.2. NUMERAL V PROPOSICIÓN TÉCNICA BIOMETRÍA HEMÁTICA	SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC ( PORCENTAJE Y VALORES ABSOLUTOS ), PLT, PTC, MPV, PDA, PROCALCITONINA, SOLICITAN EL PARÁMETRO PDA, ¿ ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIEREN AL PARÁMETRO PDW?	SI, ES CORRECTO PDW
4	481835	DISTRIBUCIONES DAIS SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 6.2. ANEXO 14	NOS PODRÍAN ACLARAR A QUE SE REFIEREN CON QUE DEBEMOS INCLUIR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL EN CADA UNO DE LOS GRUPOS DE PRUEBAS OFERTADOS ?	QUE LAS PRUEBAS OFERTADAS CUMPLAN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
5	481836	DISTRIBUCIONES DAIS SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 6.2. ANEXO 14 REF .6.5 CHEK LIST	MENCIONAN QUE SE DEBE DE CONSIDERAR EL ANEXO 6 COMO LA GUÍA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA , PERO EN LAS BASES EL ANEXO 6 SE REFIERE A LAS CLÍNICAS DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO , NOS PODRÍAN CONFIRMAR SI EL ANEXO AL QUE SE REFIEREN ES EL ANEXO 14 CHEK LIST?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN; EL CHECK LIST CORRESPONDE AL ANEXO 14 (CATORCE)

Preguntas efectuadas por:  
**2.-EQUIVER SA DE CV**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	481953	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: BIOQUÍMICA CLÍNICA"  PUNTO 3 SOLICITAN: ANALITOS O ESTUDIOS: LOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 4  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA AQUELLAS PRUEBAS QUE SU VOLUMEN SEA INFERIOR DE 15 PRUEBAS MENSUALES, PERMITA LA SUBROGACIÓN, YA QUE POR EL BAJO VOLUMEN ENCARECERÍA EL SERVICIO. ¿SE ACEPTA?	SE RECHAZA POR QUE LA PRUEBA MENSUALES ES VARIABLE
2	481954	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: BIOQUÍMICA CLÍNICA"  PUNTO 8 SOLICITAN: VOLUMEN DE MUESTRA: DE 2 A 45 UL  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE EMPLEA UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 2-70 ¿L (EN PASOS DE 0.2 ¿L), SIN AFECTAR EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE RECHAZA LA PROPUESTA POR PROCESAR EN PASOS
3	481955	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: BIOQUÍMICA CLÍNICA"  PUNTO 9 SOLICITAN: VOLUMEN DE REACTIVOS: PROGRAMABLE DE 10 A 450 ¿L  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA QUE EMPLEA UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 10-450 ¿L Y/O 10-300	SE ACEPTA LA PROPUESTA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					¿L, DEPENDIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
4	481960	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: "HEMATOLOGÍA"  PUNTO 2 SOLICITAN: ANALITOS O ESTUDIOS: SOLICITADOS EN EL ANEXO 4 CON UN MÍNIMO DE 21 PARÁMETROS CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE DETERMINAR 21 PARÁMETROS, EN TRES PARTES DIFERENCIALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA
5	481961	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: "HEMATOLOGÍA"  PUNTO 5 SOLICITAN: VOLUMEN DE MUESTRA: MÁXIMO 9¿L.  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE ACEPTAR MUESTRAS CON UN VOLUMEN MÁXIMO DE 25 ¿L USANDO UN SOPORTE DE MUESTRA AUTOMÁTICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE RECHAZA POR PACIENTES PEDIÁTRICOS, APEGARSE A 9 µl
6	481964	EQUIVER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UN PLAZO 45 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL FALLO PARA LA ENTREGA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN DE LOS MISMOS Y EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LOS PRIMEROS 45 DÍAS DE TRABAJO EN SITIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?.	NO SE ACEPTA
7	481976	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: BIOQUÍMICA CLÍNICA" PUNTO SOLICITADO 10: CALIBRACIÓN MONO PUNTO, DOS PUNTOS, Y MULTIPUNTO: SI. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UN MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE LINEAL (UN PUNTO,	SE ACEPTA LA PROPUESTA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
 JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
 NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					MULTIPUNTO), EXPONENCIAL, POLINOMIO, FACTOR CUBICO, SPLINE, LOGIT -LOG 4P, LOGIT-LOG 5P. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?.	
8	481977	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	<p>CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: BIOQUÍMICA CLÍNICA"</p> <p>PUNTO 16 SOLICITAN: CARRUSEL, DISCO DE MUESTRAS, BANDEJA DE MUESTRAS O GRADILLAS CON POSICIÓN PARA MUESTRAS, INCLUYENDO POSICIONES PARA URGENCIAS: SI, MÍNIMO 40 POSICIONES PARA MUESTRAS Y URGENCIAS EN CUALQUIER POSICIÓN.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE 40 POSICIONES PARA MUESTRAS Y URGENCIAS EN CUALQUIER POSICIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?.</p>	SÍ SE ACEPTA
9	481978	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	<p>CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: BIOQUÍMICA CLÍNICA"</p> <p>PUNTO 19 SOLICITAN: CUBETAS DE REACCIÓN: SI, CON AL MENOS 80 CUBETAS DE REACCIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL EQUIPO OFERTADO, SIEMPRE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUBRA LA CARGA DE TRABAJO DE CADA UNIDAD SOLICITANTE, SIN QUE AFECTA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y ENTREGA DE RESULTADOS EN TIEMPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SÍ SE ACEPTA
10	481979	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	<p>CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: BIOQUÍMICA CLÍNICA ELECTROLITOS"</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PROCESAR LOS ANALITOS SOLICITADOS EN ESTE EQUIPO EN LAS PLATAFORMAS OFERTADAS EN EL APARTADO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA, SIN AFECTAR LOS TIEMPOS DE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE RESULTADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?.</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA. NO HAY AFECTACIÓN
11	481982	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	<p>CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: "COAGULACIÓN"</p> <p>PUNTO 1 SOLICITAN: CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA TIEMPO DE PROTROMBINA, PARCIAL DE TROMBOPLASTINA,</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA. NO HAY AFECTACIÓN

*(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin)*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					<p>DE TROMBINA, DE FIBRINÓGENO, FACTORES DE COAGULACIÓN Y PRUEBAS ESPECIALES. SI, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE MÍNIMO 175 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA. CON CAPACIDAD DE DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA SIN GASTO DE REACTIVO EXTRA.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE , CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE AL MENOS 60 PRUEBAS POR HORA, CONSIDERANDO LA PRODUCTIVIDAD DE CADA UNA DE LAS UNIDADES SOLICITANTES, YA QUE LO SOLICITADO SON EQUIPOS DE GRAN VOLUMEN QUE ESTÁN SOBRADOS Y ENCARECEN LA PROPUESTA ECONÓMICA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
12	481986	EQUIVER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO	<p>CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS: "HEMATOLOGÍA"</p> <p>PUNTO 5 SOLICITAN: CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO DE PRUEBAS: MÍNIMO 50000 RESULTADOS INCLUYENDO GRÁFICAS.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1000 RESULTADOS, AUNADO A QUE SE PROPORCIONA MEDIOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO, COMO SISTEMA INFORMÁTICO, QUE NO AFECTA EL PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE RESULTADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SE RECHAZA DADO QUE SE CUENTAN CON JORNADAS QUIRÚRGICAS Y EXTRAMUROS

Preguntas efectuadas por:  
**3.- HEMOSER SA DE CV**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	480330	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DEBEMOS ENTENDER QUE PROYECTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS SE ENTREGARA UNA VEZ ADJUDICADO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
2	480331	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PUEDA OTORGAR UN PLAZO DE 36 HORAS PARA REPARAR EL EQUIPO, POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DEL REPORTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL PLAZO MAXIMO ES DE 24 HORAS
3	480332	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	2.7 EQUIPAMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAR, INSTALAR Y PONER A PUNTO LOS EQUIPOS OFERTADOS EN UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL PLAZO MAXIMO ES DE 10 DÍAS NATURALES
4	480333	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	2.9 CAPACITACIÓN	DEBEMOS ENTENDER QUE EL PROYECTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO SE ENTREGARA UNA VEZ ADJUDICADO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
5	480334	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 9 CRITERIOS PARA EVALUACIÓN	SE BASARÁN EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA POR LOS LICITANTES CONFORME AL ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS), DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE ANEXO REFIERE AL ANEXO NUMERO 14 ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL CHECK LIST CORRESPONDE AL ANEXO 14 (CATORCE)
6	480335	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NUMERO 14	DEBEMOS ENTENDER QUE EL TERCER RENGLÓN DE ESTE ANEXO NO APLICA YA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO CORRESPONDE A PUNTOS Y PORCENTAJES ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN; EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES BINARIO.
7	480356	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2.15 CONSIDERACIONES	DICE: LA PROPUESTA DEL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA SOLUCIÓN INTEGRAL EN CADA UNO DE LOS GRUPOS DE PRUEBAS OFERTADOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTO SE REFIERE A CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CATÁLOGOS HOJAS DE MANUAL ENTRE OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO OFERTADO.	NO SOLO SE REFIERE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
8	480357	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2.15 CONSIDERACIONES	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MAS ESPECIFICO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL	NO SOLO SE REFIERE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SINO A LA CONTEMPLACIÓN DE DOTACIÓN DE SUEROS DE CONTROL DE CALIDAD, EQUIPOS Y REACTIVOS, ASÍ COMO PRUEBAS INCLUIDAS, HARDWARE
9	480358	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 1.2 FOLLETOS...	DICE. EL PARTICIPANTE DEBERÁ DE INTEGRAR A SU PROPOSICIÓN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS O MANUALES QUE CONTENGAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES/SERVICIOS/EQUIPOS/INSTALACIONE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					S QUE PROPORCIONARÁN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CASO DE LOS MANUALES NOS PERMITA PRESENTAR SOLO LAS HOJAS QUE SE UTILIZARON PARA LA REFERENCIACION DE LAS CEDULAS,. LO ANTERIOR PARA NO SOBREPASAR EL PESO PERMITIDO EN LA PLATAFORMA COMPRANET. ¿SE ACEPTA?	
10	480359	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARÁMETROS DE COMPRANET	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS PARÁMETRO PARA CARGAR NUESTRA PROPUESTA SON CORRECTOS YA QUE DETECTAMOS QUE LOS RUBROS 1, 3, 4, Y 6 SERÁN INTEGRADOS EN EL PARÁMETRO 13 QUE SON LOS DOCUMENTOS DEL NUMERAL 6 Y LOS PARÁMETROS 2 CORREO ELECTRÓNICO, 5 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, 7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y 8 MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD SON DOCUMENTOS QUE NO SON SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. FAVOR DE ACLARAR.	LOS PARÁMETROS DE COMPRANET SON CORRECTOS; LOS RUBROS 1, 3, 4 Y 6 SERÁN INTEGRADOS TAMBIÉN EN EL PARÁMETRO 13 QUE CORRESPONDEN AL NUMERAL 6, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PLATAFORMA DE COMPRANET SOLICITA LOS PREVIAMENTE DETALLADOS POR LA PROGRAMACIÓN DE SU SISTEMA Y SON OBLIGATORIOS; LOS PARÁMETROS 2, 5, 7 Y 8 DEBERÁN SER COMPLEMENTADOS CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE COMPRANET; EN CASO DE NO APLICARLE, FAVOR DE CARGAR DOCUMENTO CON LA LEYENDA "NO APLICA"; ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBE INTEGRARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA TANTO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA COMO EL SISTEMA DE COMPRANET, EN CASO QUE HAYA SIDO CARGADA EN UN PARÁMETRO PREVIAMENTE, NO SERÁ NECESARIO CARGARLA NUEVAMENTE EN OTRO PARÁMETRO PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN, PERO SE SOLICITA QUE EN EL PARÁMETRO REALICE LA CARGA DEL DOCUMENTO QUE DESCRIBA DE MANERA ADECUADA EN QUE PARÁMETRO O PÁGINA SE LOCALIZA LA DOCUMENTACIÓN PREVIAMENTE CARGADA; LO ANTERIOR PARA UN MEJOR MAJEJO DE LA INFORMACIÓN; LO ANTERIOR SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. SE INFORMA QUE SE GENERARAN MÁS CASILLAS Y/O PARÁMETROS EXTRA EN COMPRANET PARA QUE PUEDA CARGAR LA TOTALIDAD DE SU PROPUESTA.
11	480360	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES, CEDULA DE ESPECIFICACIONES BIOQUÍMICA CLÍNICA	EN EL PUNTO 3 DICE: "ANALITOS O ESTUDIOS: LOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 4". SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE A CUAL ANEXO 4 SE REFIERE.	SE RECTIFICA, ANEXO 1 (REQUERIMIENTO)
12	480361	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.2, 6, 6.1, 6.4, 6.5 Y 7.1	LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN BASES NO COINCIDE CON LO SOLICITADO EN COMPRANET, FAVOR DE INDICARNOS A QUE LISTADO APEGARNOS.	DEBERÁ APEGARSE A LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA. EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET SE CREARON LOS PARÁMETROS PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE COMO GUÍA DE LO REQUERIDO, SE CREARON DOS PARÁMETROS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
						O CASILLAS EXTRA PARA CARGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN CASO QUE LAS CASILLAS NO FUERAN SUFICIENTES PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN. INDEPENDIEMENTE DE LO ANTERIOR, EL LICITANTE DEBERÁ CARGAR LA TOTALIDAD DE SU PROPUESTA TÉCNICO-LEGAL-ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA; PUEDE OCUPAR LOS PARÁMETROS O CASILLAS COMO EL O LOS LICITANTES LO CONSIDEREN SIEMPRE Y CUANDO SU PROPUESTA SEA INTEGRADA EN SU TOTALIDAD. SE INFORMA QUE SE GENERARÁN MÁS CASILLAS Y/O PARÁMETROS EXTRA EN COMPRANET PARA QUE PUEDA CARGAR LA TOTALIDAD DE SU PROPUESTA.
13	480362	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL BIEN /SERVICIO...	SUBNUMERAL 2.2 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CALIDAD, DICE: DEBERÁ PRESENTAR UNA COPIA SIMPLE DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES: CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN... SE DEBE ENTENDER QUE SÓLO APLICA PARA LOS EQUIPOS ANALIZADORES QUE SE OFERTEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
14	480363	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO UNO; REQUERIMIENTO.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA LA PRUEBA DE FOSFATASA ÁCIDA CONSIDERE SE PUEDA SUBROGAR A UN LABORATORIO DE REFERENCIA, DEBIDO QUE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE MEDIANO RENDIMIENTO NO CORREN ESTA PRUEBA, SOLO LOS ANALIZADORES DE ALTO RENDIMIENTO. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA POR OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS
15	480364	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 9 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES...	SUBNUMERAL 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS; DICE: LA EVALUACIÓN SE HARÁ SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE QUE CORRESPONDA A LA CONTENIDA EN EL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS... SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE O PROPORCIONES LAS CLAVES CORRESPONDIENTES PARA EQUIPOS Y PRUEBAS DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS ACTUALIZADO, PARA PODER REFERENCIAR CORRECTAMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA.	DEBERÁ APEGARSE A CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS (CEDULA 1 A CEDULA 7)
16	480365	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS	CÉDULA 5 "UROANÁLISIS", PUNTO NÚMERO 2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS PARÁMETROS A DETERMINAR EN EL EQUIPO ANALIZADOR	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE REQUIERE QUE CUMPLA CON LO DESCRITO EN LA CEDULA 5, PUNTO NUMERO 2 QUE A LA LETRA DICE: INCLUYE PH, GLUCOSA, PROTEÍNAS, SANGRE CUERPOS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					SEAN LOS MISMOS QUE SE INDICAN EN EL NUMERAL 2 "CONSIDERACIONES...", SUBNUMERAL 2.15 "CONSIDERACIONES", INCISO D "UROANÁLISIS"- PRUEBAS INCLUIDAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS CUALES COMPRENDEN "DENSIDAD ESPECÍFICA, PH, UROBILINÓGENO, PROTEÍNAS, CUERPOS CETÓNICOS, HEMOGLOBINA, GLUCOSA, BILIRRUBINA, LEUCOCITOS, NITRITOS". ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	CETONICOS, , BILIRRUBINA, UROBILINÓGENO, NITRITOS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, LEUCOCITOS. ÁCIDO ASCÓRBICO, MICROALBÚMINA, CREATININA, COLOR, CLARIDAD
17	480366	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PODER CUMPLIR LAS DESCRIPCIONES Y/O CARACTERÍSTICAS DE REFACCIONES, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, INSTALACIÓN, OPERACIÓN POR PERSONAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REGULADOR Y BATERÍA DE RESPALDO DE LAS CÉDULAS TÉCNICAS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DEBIDO A QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS Y/O DESCRIPCIONES NO SON PROPIAS DE MANUALES, CATÁLOGOS O FOLLETOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, SIN SER RESTRICTIVA PARA LOS DEMÁS.
18	480367	HEMOSER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO UNO; REQUERIMIENTO.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO ADICIONAL AL DE BIOQUÍMICA CLÍNICA PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE MARCADORES CARDÍACOS (MIOGLOBINA, TROPONINA I, TROPONINA T Y CPK-MB) CON EL FIN DE MEJORAR LA OFERTA ECONÓMICA, MANTENIENDO LA CALIDAD DEL SERVICIO ¿ SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA. NO HAY AFECTACIÓN
19	480368	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 15. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS.	PREGUNTA 1: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 DE LA LAASSP, EL CUAL ESTABLECE: "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN PACTAR PENAS CONVENCIONALES A CARGO DEL PROVEEDOR POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE ENTREGA O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LAS QUE NO EXCEDERÁN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE", SE SOLICITA	SERA CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LAASSP EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, NUMERAL 5.5.8 DE LA POBALINES DEL IMSS Y NUMERAL 15 DE LAS PRESENTES BASES.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					<p>AMABLEMENTE QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL CÁLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL SEA SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES O SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO ANTES CITADO.</p> <p>PREGUNTA 2: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LAASSP ANTES CITADO CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, SE SOLICITA SE ESTABLEZCAN LOS CASOS CONCRETOS EN LOS QUE PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ESPECIFICANDO EL CONCEPTO POR EL QUE SE SANCIONA, LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA SANCIÓN, EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN, EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN POR CADA DÍA DE ATRASO, CONSIDERANDO QUE EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL NO PODRÁ SER SUPERIOR AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y EL PROVEEDOR CUENTEN CON TOTAL CERTEZA DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE ORIGINEN LAS PENAS CONVENCIONALES Y EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS EN COMENTO.</p>	
20	480369	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 15. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS.	<p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA LA PROCEDENCIA, DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 53 DE LA LAASSP, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, SEA CONSIDERADO EL "CRITERIO NORMATIVO AD-05/2008 PENAS CONVENCIONALES. PROCEDENCIA, DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN", EMITIDO POR LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE LA</p>	FAVOR DE APEGARSE A LO INDICADO EN LAS PRESENTES BASES.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
 JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
 NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					FUNCIÓN PÚBLICA.	
21	480370	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 15. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS.	<p>PREGUNTA 1: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 97 DEL REGLAMENTO DE LAASSP, EL CUAL ESTABLECE: "LAS DEDUCCIONES AL PAGO DE BIENES O SERVICIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY SERÁN DETERMINADOS EN FUNCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE. DICHAS DEDUCCIONES DEBERÁN CALCULARSE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO", SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE SE ESTABLEZCA QUE EL CÁLCULO DE LA DEDUCTIVA SEA SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES O SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE EN CADA GRUPO O PAQUETE, ESTO CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO ANTES CITADO.</p> <p>PREGUNTA 2: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LAASSP ANTES CITADO CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 97 DE SU REGLAMENTO, SE SOLICITA SE ESTABLEZCAN DE MANERA PUNTUAL, LOS CONCEPTOS DE INCUMPLIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES, ESTABLECIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA SANCIÓN, EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN, EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN POR CADA DÍA DE ATRASO, CONSIDERANDO QUE EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN NO PODRÁ SER SUPERIOR AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y EL PROVEEDOR CUENTEN CON TOTAL CERTEZA DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE ORIGINEN LAS DEDUCCIONES Y EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS EN</p>	<p>SERA CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 BIS DE LA LAASSP EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 97 DE SU REGLAMENTO, NUMERAL 5.5.8 Y 5.5.8.1 DE LA POBALINES DEL IMSS Y NUMERAL 15.2 DE LAS PRESENTES BASES.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					COMENTO.	
22	480371	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 15. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, SI EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN QUE NOS INTERESA ES LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, SE SOLICITA MUY ATENTAMENTE QUE, LA DEDUCTIVA SEA APLICADA SOBRE LAS PRUEBAS QUE SE ENTREGUEN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE SER UNIFORMES CON EL OBJETO DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA Y EN APEGO AL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LAASSP EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 97 DE S REGLAMENTO.	LA APLICACIÓN DE LA DEDUCTIVA ES EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LAASSP EN CORRELACIÓN AL ARTÍCULO 97 DEL REGLAMENTO, NUMERAL 5.5.8 Y 5.5.8.1 DE LA POBALINES DEL IMSS Y NUMERAL 15.2 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
23	480372	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 15.1 APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES.	PREGUNTA 1: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 DE LA LAASSP, EL CUAL ESTABLECE: "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN PACTAR PENAS CONVENCIONALES A CARGO DEL PROVEEDOR POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE ENTREGA O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LAS QUE NO EXCEDERÁN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE", SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL CÁLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL SEA SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES O SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO ANTES CITADO.  PREGUNTA 2: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LAASSP ANTES CITADO CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, SE SOLICITA SE ESTABLEZCAN LOS CASOS CONCRETOS EN LOS QUE PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ESPECIFICANDO EL CONCEPTO POR EL QUE SE SANCIONA, LA UNIDAD DE	SERA CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LAASSP EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, NUMERAL 5.5.8 DE LA POBALINES DEL IMSS Y NUMERAL 15 DE LAS PRESENTES BASES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					MEDIDA DE LA SANCIÓN, EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN, EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN POR CADA DÍA DE ATRASO, CONSIDERANDO QUE EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL NO PODRÁ SER SUPERIOR AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y EL PROVEEDOR CUENTEN CON TOTAL CERTEZA DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE ORIGINEN LAS PENAS CONVENCIONALES Y EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS EN COMENTO.	
24	480373	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 15.1 APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES.	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA LA PROCEDENCIA, DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 53 DE LA LAASSP, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, SEA CONSIDERADO EL "CRITERIO NORMATIVO AD-05/2008 PENAS CONVENCIONALES. PROCEDENCIA, DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN", EMITIDO POR LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.
25	480374	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 15.2 DEDUCTIVAS	PREGUNTA 1: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 97 DEL REGLAMENTO DE LAASSP, EL CUAL ESTABLECE: "LAS DEDUCCIONES AL PAGO DE BIENES O SERVICIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY SERÁN DETERMINADOS EN FUNCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE. DICHAS DEDUCCIONES DEBERÁN CALCULARSE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO", SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE SE ESTABLEZCA QUE EL CÁLCULO DE LA DEDUCTIVA SEA SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES O SERVICIOS	SERA CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 BIS DE LA LAASSP EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 97 DE SU REGLAMENTO, NUMERAL 5.5.8 Y 5.5.8.1 DE LA POBALINES DEL IMSS Y NUMERAL 15.2 DE LAS PRESENTES BASES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					<p>PRESTADOS DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE EN CADA GRUPO O PAQUETE, ESTO CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO ANTES CITADO.</p> <p>PREGUNTA 2: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LAASSP ANTES CITADO CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 97 DE SU REGLAMENTO, SE SOLICITA SE ESTABLEZCAN DE MANERA PUNTUAL, LOS CONCEPTOS DE INCUMPLIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES, ESTABLECIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA SANCIÓN, EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN, EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN POR CADA DÍA DE ATRASO, CONSIDERANDO QUE EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN NO PODRÁ SER SUPERIOR AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y EL PROVEEDOR CUENTEN CON TOTAL CERTEZA DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE ORIGINEN LAS DEDUCCIONES Y EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS EN COMENTO.</p>	
26	480375	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 15.2 DEDUCTIVAS	<p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, SI EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN QUE NOS INTERESA ES LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, SE SOLICITA MUY ATENTAMENTE QUE, LA DEDUCTIVA SEA APLICADA SOBRE LAS PRUEBAS QUE SE ENTREGUEN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE SER UNIFORMES CON EL OBJETO DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA Y EN APEGO AL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LAASSP EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 97 DE S REGLAMENTO.</p>	<p>LA APLICACIÓN DE LA DEDUCTIVA ES EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LAASSP EN CORRELACIÓN AL ARTÍCULO 97 DEL REGLAMENTO, NUMERAL 5.5.8 Y 5.5.8.1 DE LA POBALINES DEL IMSS Y NUMERAL 15.2 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.</p>
27	480376	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO INCISO H) LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES	<p>PREGUNTA 1: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 DE LA LAASSP, EL CUAL ESTABLECE: "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN PACTAR PENAS CONVENCIONALES A CARGO DEL</p>	<p>SERA CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LAASSP EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, NUMERAL 5.5.8 DE LA POBALINES DEL IMSS Y NUMERAL 15 DE LAS PRESENTES BASES.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					<p>PROVEEDOR POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE ENTREGA O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LAS QUE NO EXCEDERÁN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE", SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL CÁLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL SEA SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES O SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO ANTES CITADO.</p> <p>PREGUNTA 2: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LAASSP ANTES CITADO CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, SE SOLICITA SE ESTABLEZCAN LOS CASOS CONCRETOS EN LOS QUE PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ESPECIFICANDO EL CONCEPTO POR EL QUE SE SANCIONA, LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA SANCIÓN, EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN, EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN POR CADA DÍA DE ATRASO, CONSIDERANDO QUE EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL NO PODRÁ SER SUPERIOR AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y EL PROVEEDOR CUENTEN CON TOTAL CERTEZA DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE ORIGINEN LAS PENAS CONVENCIONALES Y EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS EN COMENTO.</p>	
28	480377	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO INCISO H) LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA LA PROCEDENCIA, DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES,	FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.....

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 53 DE LA LAASSP, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, SEA CONSIDERADO EL "CRITERIO NORMATIVO AD-05/2008 PENAS CONVENCIONALES. PROCEDENCIA, DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN", EMITIDO POR LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
29	480378	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO INCISO H) LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES	<p>PREGUNTA 1: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 97 DEL REGLAMENTO DE LAASSP, EL CUAL ESTABLECE: "LAS DEDUCCIONES AL PAGO DE BIENES O SERVICIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY SERÁN DETERMINADOS EN FUNCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE. DICHAS DEDUCCIONES DEBERÁN CALCULARSE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO", SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE SE ESTABLEZCA QUE EL CÁLCULO DE LA DEDUCTIVA SEA SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES O SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE EN CADA GRUPO O PAQUETE, ESTO CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO ANTES CITADO.</p> <p>PREGUNTA 2: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LAASSP ANTES CITADO CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 97 DE SU REGLAMENTO, SE SOLICITA SE ESTABLEZCAN DE MANERA PUNTUAL, LOS CONCEPTOS DE INCUMPLIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES, ESTABLECIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA SANCIÓN, EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN, EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN POR CADA DÍA DE ATRASO, CONSIDERANDO QUE EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN NO PODRÁ SER SUPERIOR AL</p>	SERA CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 BIS DE LA LAASSP EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 97 DE SU REGLAMENTO, NUMERAL 5.5.8 Y 5.5.8.1 DE LA POBALINES DEL IMSS Y NUMERAL 15.2 DE LAS PRESENTES BASES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y EL PROVEEDOR CUENTEN CON TOTAL CERTEZA DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE ORIGINEN LAS DEDUCCIONES Y EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS EN COMENTO.	
30	480379	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO INCISO H) LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, SI EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN QUE NOS INTERESA ES LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, SE SOLICITA MUY ATENTAMENTE QUE, LA DEDUCTIVA SEA APLICADA SOBRE LAS PRUEBAS QUE SE ENTREGUEN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE SER UNIFORMES CON EL OBJETO DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA Y EN APEGO AL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LAASSP EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 97 DE S REGLAMENTO.	LA APLICACIÓN DE LA DEDUCTIVA ES EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LAASSP EN CORRELACIÓN AL ARTÍCULO 97 DEL REGLAMENTO, NUMERAL 5.5.8 Y 5.5.8.1 DE LA POBALINES DEL IMSS Y NUMERAL 15.2 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
31	480380	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO EQUIPAMIENTO	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN Y EMISIÓN DEL FALLO PARA LA PUESTA A PUNTO DEL SERVICIO QUE NOS OCUPA.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTES BASES.
32	480381	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO EQUIPAMIENTO	PREGUNTA: SE SOLICITA QUE EL PLAZO DE 90 DÍAS PARA INICIAR EL SMI COMIENZE A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADAS FORMALMENTE AL LICITANTE GANADOR LAS ÁREAS FÍSICAS YA SEA POR PARTE DEL OOAD, UMAE Y/O PROVEEDOR SALIENTE. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE EXISTE PRECEDENTE EN AÑOS ANTERIORES QUE NUNCA SE ENTREGARON FORMALMENTE LAS ÁREAS FÍSICAS AL LICITANTE GANADOR.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTES BASES.
33	480382	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO EQUIPAMIENTO	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE QUE LA PUESTA A PUNTO DEL SMI NO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, COMO LA NO ENTREGA DE LAS ÁREAS FÍSICAS EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LA UNIDAD MÉDICA Y/O EL PROVEEDOR SALIENTE, NO SE APLIQUEN SANCIONES POR EL RETRASO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTES BASES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					DEL SERVICIO QUE ESTAS SITUACIONES PUEDAN GENERAR.	
34	480383	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO EQUIPAMIENTO	PREGUNTA. EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR SALIENTE SE NIEGUE A REALIZAR LA TRANSICIÓN CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA ATENTAMENTE SE LE IMPONGA UNA SANCIÓN A EFECTO DE OBLIGARLO A FACILITAR LA TRANSICIÓN ORDENADA Y SIN INTERRUPTIÓN DEL SMI, GARANTIZANDO DE ESTA MANERA LA CONTINUIDAD DEL SMI PARA LA DERECHOHABIENTIA.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTES BASES.
35	480384	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 2.7 EQUIPAMIENTO	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN Y EMISIÓN DEL FALLO PARA LA PUESTA A PUNTO DEL SERVICIO QUE NOS OCUPA.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTES BASES.
36	480385	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 2.7 EQUIPAMIENTO	PREGUNTA: SE SOLICITA QUE EL PLAZO DE 90 DÍAS PARA INICIAR EL SMI COMIENCE A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADAS FORMALMENTE AL LICITANTE GANADOR LAS ÁREAS FÍSICAS YA SEA POR PARTE DEL OOAD, UMAE Y/O PROVEEDOR SALIENTE. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE EXISTE PRECEDENTE EN AÑOS ANTERIORES QUE NUNCA SE ENTREGARON FORMALMENTE LAS ÁREAS FÍSICAS AL LICITANTE GANADOR.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTES BASES.
37	480386	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 2.7 EQUIPAMIENTO	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE QUE LA PUESTA A PUNTO DEL SMI NO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, COMO LA NO ENTREGA DE LAS ÁREAS FÍSICAS EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LA UNIDAD MÉDICA Y/O EL PROVEEDOR SALIENTE, NO SE APLIQUEN SANCIONES POR EL RETRASO DEL SERVICIO QUE ESTAS SITUACIONES PUEDAN GENERAR.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTES BASES.
38	480387	HEMOSER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 2.7 EQUIPAMIENTO	PREGUNTA. EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR SALIENTE SE NIEGUE A REALIZAR LA TRANSICIÓN CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA ATENTAMENTE SE LE IMPONGA UNA SANCIÓN A EFECTO DE OBLIGARLO A FACILITAR LA TRANSICIÓN ORDENADA Y SIN INTERRUPTIÓN DEL SMI, GARANTIZANDO DE ESTA MANERA LA CONTINUIDAD DEL SMI PARA LA DERECHOHABIENTIA.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTES BASES.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
 JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
 NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

Preguntas efectuadas por:

**4.-IL DIAGNOSTICS SA DE CV**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	480010	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "COAGULACIÓN" PUNTO 3 CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES: SI, MÍNIMO 4 MECÁNICOS Y 4 ÓPTICOS. NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 175 PRUEBAS POR HORA EN BASE AL TP, POR MÉTODO DE LECTURA NEFELOMETRICA QUE EMPLEA ROTOR CON 18 CANALES DE LECTURA ÓPTICOS (LECTURA DE 18 MUESTRAS SIMULTANEAS) TECNOLOGÍA CON LA QUE CUENTAN ACTUALMENTE LAS UNIDADES Y QUE PERMITEN LA DETERMINACIÓN ADECUADA DE LOS TIEMPOS DE COAGULACIÓN SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR QUE NO LEE FIBRINOGENO
2	480011	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTO GASES Y PH EN SANGRE" PUNTO 4 QUE CUENTE CON MÓDULO DE REACTIVOS: DEBEMOS ENTENDER A CARTUCHOS MULTIUSOS, INCLUYE SOLUCIONES, REACTIVOS, MEMBRANAS, ELECTRODOS O BIOSENSORES, GASES TONOMETRIZADOS, AGUJA TOMA MUESTRA Y BOLSA DE DESECHOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE ACEPTA?	SE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	480012	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTO GASES Y PH EN SANGRE" PUNTO 5 VOLUMEN DE MUESTRA: MÁXIMO 100 µL SOLICITAMOS A AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ANALIZADOR CON CAPACIDAD DE MEDIR PH, PO2, PCO2, NA+, KA+, CA++ IÓNICO, GLUCOSA, LACTATO, HEMATOCRITO, CON PARÁMETROS CALCULADOS COMO HCO3, HCO3 STD, TCO2, BEECF, EB, SO2, EN 150 µL DE SANGRE TOTAL HEPARINIZADA ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
4	480013	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "HEMOGLOBINA GLUCOSILADA" PUNTO 4 VOLUMEN DE MUESTRA: MÁXIMO 4 µL. SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR QUE PROCESA LA PRUEBA REQUERIDA CON 5 µL AL NO HABER DIFERENCIA SIGNIFICATIVA CON LO REQUERIDO, CON LA VENTAJA QUE EL ANALIZADOR PROPORCIONE EL RESULTADO EN 3 MINUTOS BRINDANDO MAYOR NÚMERO DE PRUEBAS POR HORA. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA

Preguntas efectuadas por:

**5.- INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	481762	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO NUMERO 12	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ PRESENTADA CONFORME AL ANEXO NUMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO, "PAQUETE ÚNICO", ¿SE ACEPTA?	SI ES CORRECTO
2	481763	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.1 INCISO VII	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL DOCUMENTO DE CONSTANCIA DE "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL" SOLICITADA EN EL NUMERAL 6.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, CON FECHA DE EMISIÓN POSTERIOR A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	LA FECHA EN QUE REALICE LA CARGA DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE COMPRANET, SERÁ LA FECHA EN QUE SE CONSIDERARA COMO VIGENTE LA <i>OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL</i> , VIGENTE Y POSITIVA, POR LO CUAL, SI LA CARGA DE SU DOCUMENTACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRANET LA REALIZA EL LICITANTE EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024, LA FECHA DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ SER DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024 PARA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE.
3	481764	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	OTROS	NUMERAL 9	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO NUMERO 16 SOLICITADO EN EL NUMERAL 9, "CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS", CORRESPONDE AL ANEXO NUMERO 14 Y NO AL ANEXO NUMERO 16, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	481765	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PUNTO DE LA CONVOCATORIA EN ANEXO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS EQUIPO	SI, SE ACEPTA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		FALCÓN SA DE CV			HEMATOLOGÍA, PUNTO 4. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS POR HORA: MÍNIMO 70 PRUEBAS POR HORA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON FIN DE FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA PERMITA EQUIPOS CON UN PROCESAMIENTO MÍNIMO DE 60 PRUEBAS POR HORA, LO CUAL NO AFECTARÍA LA JORNADA LABORAL	
5	481766	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PUNTO DE LA CONVOCATORIA EN ANEXO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS EQUIPO UROANÁLISIS, PUNTO 3. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS, MÍNIMO 500 PRUEBAS POR HORA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON FIN DE FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA PERMITA UN PROCESAMIENTO DE MÍNIMO 300 PRUEBAS POR HORA, LO CUAL NO AFECTARÍA EN EL PROCESAMIENTO DIARIO DE LAS UNIDADES	SI, SE ACEPTA
6	481767	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PUNTO DE LA CONVOCATORIA EN ANEXO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS EQUIPO UROANÁLISIS, PUNTO 5. DEPOSITO DE MUESTRA: PLACA DE CARGA DE TIRA PARA DESECHO INCLUIDO EN EL EQUIPO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO SIN PLACA PARA DESECHO DE TIRA, YA QUE EL QUITARLA MANUALMENTE NO AFECTA EN EL PROCESO DE LA MUESTRA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
7	481768	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PUNTO DE LA CONVOCATORIA EN ANEXO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS EQUIPO UROANÁLISIS, PUNTO 11. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: SI, MÍNIMO A 3,000 RESULTADOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ALMACENAMIENTO MÍNIMO DE 2,000 PRUEBAS, YA QUE NO AFECTARÍA PORQUE LAS UNIDADES CONTARAN CON INTERFAZ	APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
8	481769	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FAVOR DE ACLARAR SI EL SIGUIENTE ENUNCIADO SE REFIERE AL TIEMPO DE ATENCIÓN O ES EL TIEMPO DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA REPORTADO. " EN CASO DE FALLA DE LOS EQUIPOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ REPARAR EL EQUIPO A MÁS TARDAR 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL REPORTE."	TIEMPO DE SOLUCIÓN 24 HRS
9	481770	INSTRUMENTOS	TÉCNICO	MANTENIMIENTO	DE ACUERDO CON SIGUIENTE ENUNCIADO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV		PREVENTIVO	"EL PROVEEDOR EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, DEBERÁ ENTREGAR AL JEFE DE LABORATORIO, COPIA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALENDARIZADO" ¿ES NECESARIO ENTREGAR UN PROGRAMA DE MP POR INSTALACIÓN O SE PUEDE REDUCIR A UNO POR UNIDAD HOSPITALARIA?	UNIDAD HOSPITALARIA
10	481771	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	EN RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR, SI LA RESPUESTA ES REDUCIRLO A UN SOLO CALENDARIO POR UNIDAD, CUANTO TIEMPO TENEMOS PARA HACER LA ENTREGA.	CUANDO SE INSTALEN LOS EQUIPOS Y POR EQUIPO LICITADO
11	481772	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	GRUPOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO	¿SE PUEDEN INTEGRAR MAS DE 1 GRUPO DE PRUEBAS EN UN MISMO EQUIPO?	SI SE PUEDEN INTEGRAR
12	481773	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	OTROS	ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO A	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN SERA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	EL PERIODO DE COBERTURA SERÁ DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
13	481774	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	OTROS	ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO B	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, DEBIDO A QUE EN EL ANEXO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO B) ESTIPULA QUE SERÁ A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. FAVOR DE ACLARAR.	SERIA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DEL FALLO
14	481775	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	DE LA CONVOCATORIA PAG. 12	DICE: EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ TENER DISPONIBLE UNA PÁGINA WEB PARA LA CONSULTA POR LA INTRANET DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO SEGÚN SE DEFINE LA NORMA CORRESPONDIENTE. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DONDE SE PUEDE VER LA NORMA PARA LA PAGINA WEB?	EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ENTREGAR, INSTALAR Y PONER A PUNTO EL HARDWARE Y SOFTWARE REQUERIDO PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO
15	481796	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	DE LA CONVOCATORIA PAG. 18	DICE: EL PROVEEDOR DEBERÁ APEGARSE A LAS NORMAS Y ESTÁNDARES QUE EMITE LA MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (DIDT), EN MATERIA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (NO ACCESO A INTERNET, INSTALAR Y MANTENER ACTUALIZADO ANTIVIRUS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, CADA CUANDO SE TENDRÍA QUE ACTUALIZAR EL ANTIVIRUS, YA QUE AL NO TENER INTERNET NO SE PUEDE ACTUALIZAR EN LÍNEA, SE	SE SOLICITA MÍNIMO UNA VEZ AL MES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
16	481797	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	DE LA CONVOCATORIA PAG. 18	TIENE QUE HACER MANUALMENTE. FAVOR DE ACLARAR. DICE: EL PROVEEDOR SERÁ RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LA RED INTERNA, CABLEADO Y NODOS PARA LOS EQUIPOS Y UN CONCENTRADOR (SWITCH) DENTRO DE UNA GAVETA DE SEGURIDAD, ESTA RED DEBERÁ DE CUMPLIR CON EL ESTÁNDAR EIA/TIA568. EL INSTITUTO PROVEERÁ EL NODO DE RED ACTIVO PARA EL SERVIDOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, ¿EN CASO DE QUE LA UNIDAD NO TENGA ESPACIO PARA UNA GABETA, QUE SE PONDRÍA EN SU LUGAR?	FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y VISITA A LAS UNIDADES
17	481798	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	22 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CALIDAD INCISO C)	COPIA SIMPLE DEL LICITANTE DE LA CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2017 VIGENTE QUE ACREDITE EL "SERVICIO SUBROGADO DE LABORATORIO CLÍNICO" EQUIVALENTE O DE MAYOR ALCANCE AL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2015, CON ALCANCE PARA EL "SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO" ADVIRTIENDO QUE EL PASADO 3 DE MAYO DEL 2021 FUERON PUBLICADOS LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE ISO/TC 176/SC2 SOBRE LA REVISIÓN DE LA ISO 9001: 2015, EN DONDE SE CONFIRMÓ QUE LA NORMA ISO 9001: 2015 NO PRESENTA CAMBIOS, LO QUE LA HACE LA ÚLTIMA VERSIÓN VIGENTE DE LA NORMA. SE ACEPTA??	SI SE ACEPTA
18	481799	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	BIOQUÍMICA CLÍNICA (ELECTROLITOS) PUNTO 17. CÉDULA DE ESPECIFICACIONES BIOQUÍMICA CLÍNICA (ELECTROLITOS) PUNTO 17 SOLICITAN: INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA 220 VAC, 50- 60 HZ. ES CORRECTO ENTENDER QUE PODEMOS OFERTAR EQUIPO QUE UTILICE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA DE 110-120 V O 220V, 50-60 HZ, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA. NO HAY AFECTACIÓN
19	481800	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	BIOQUÍMICA CLÍNICA (ELECTROLITOS) PUNTO 2. CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BIOQUÍMICA CLÍNICA (ELECTROLITOS) PUNTO NÚMERO 2. SOLICITAN MEDICIÓN POR ELECTRODOS	SI-SE ACEPTA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE FEBRERO DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					LIBRES DE MANTENIMIENTO. ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLICITAN EQUIPO CON ELECTRODOS SIN MANTENIMIENTO, CUYO DETECTOR DE MUESTRA CONTROLA EL PASO DE LA MUESTRA Y SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE BURBUJAS DE AIRE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE ACEPTA?	
20	481801	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	COAGULACIÓN PUNTO 1 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS COAGULACIÓN PUNTO 1 SOLICITAN "CON CAPACIDAD DE DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA SIN GASTO DE REACTIVO EXTRA", ENTENDEMOS QUE ESTO ES UN PUNTO NECESARIO EN EL INSTRUMENTO A OFERTAR, ¿ESTO ES CORRECTO?	ES CORRECTO
21	481802	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	COAGULACIÓN PUNTO 2 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. COAGULACIÓN PUNTO 2 SOLICITAN "DETECCIÓN DE COAGULO MECÁNICO Y FOTO OPTICO: AL MENOS DOS", SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFERTAR INSTRUMENTO CON LECTURA POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°, Y QUE CUENTA CON CANALES COAGULOMÉTRICO O NEFELOMÉTRICO (660NM) Y CANAL CROMOGÉNICO E INMUNOLÓGICO (405NM), METODOLOGÍA CON LA QUE ESTÁN TRABAJANDO ACTUALMENTE LAS UNIDADES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y CON LA CUAL NO HAN TENIDO NINGÚN INCONVENIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
22	481803	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	COAGULACIÓN PUNTO 3 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS COAGULACIÓN PUNTO 3 SOLICITAN "CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES: SI, MÍNIMO 4 MECÁNICOS Y 4 ÓPTICOS.", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR INSTRUMENTO CON 18 CANALES DE LECTURA ÓPTICOS, TECNOLOGÍA CON LA QUE CUENTAN ACTUALMENTE LAS UNIDADES Y QUE PERMITEN LA DETERMINACIÓN ADECUADA DE LOS TIEMPOS DE COAGULACIÓN SOLICITADOS.	SI CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES SE ACEPTA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					¿SE ACEPTA?	
23	481804	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	COAGULACIÓN PUNTO 9 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS COAGULACIÓN PUNTO 9 SOLICITAN "CAPACIDAD PARA PROGRAMAR MUESTRAS URGENTES: SI.", SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO QUE NO REQUIERE APARTADO DE URGENCIAS, ESTO DEBIDO A SU VELOCIDAD, YA QUE EMITE RESULTADOS EN MÁXIMO 9 MIN, Y UNA MUESTRA DE COAGULACIÓN SE DEBE CENTRIFUGAR POR 10 MIN, POR LO QUE ANTES DE QUE SE ACABA DE CENTRIFUGAR LA MUESTRAS EL ANALIZADOR YA EMITIÓ EL RESULTADO DE LAS MUESTRAS QUE ESTUVIESE CENTRIFUGANDO AL MOMENTO DE LA LLEGADA DE LA MUESTRA DE URGENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
24	481805	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	COAGULACIÓN PUNTO 6 ANEXO 10 D CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS COAGULACIÓN PUNTO 6 SOLICITAN VOLUMEN DE MUESTRA: MÁXIMO 50 UL. ACEPTARÍA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE SE OFERTE EQUIPO QUE TOME 50UL DE VOLUMEN DE PLASMA PARA TP Y TTP, QUE SON LAS PRUEBAS SOLICITADAS EN LAS PRUEBAS INCLUIDAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
25	481806	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	UROANÁLISIS PUNTO 2 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS UROANÁLISIS PUNTO 2 SOLICITAN ANALITOS O ESTUDIOS A DETERMINAR: MÍNIMO LOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TI... MENCIONAN EL ANEXO TI, ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS GRUPOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI
26	481807	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	UROANÁLISIS PUNTO 2 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS UROANÁLISIS EN EL PUNTO 2 SOLICITAN ANALITOS O ESTUDIOS A DETERMINAR: MÍNIMO LOS SOLICITADAS EN EL ANEXO TI. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DE UROANÁLISIS A OFERTAR DEBE DETERMINAR COMO MÍNIMO LOS ANALITOS	EN APEGO A SU OBSERVACIÓN SE REQUIEREN LOS PARÁMETROS QUE SE DESCRIBEN EN LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS GRUPOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					MENCIONADOS EN LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS GRUPOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO (DENSIDAD ESPECÍFICA, PH, UROBILINÓGENO, PROTEÍNAS, CUERPOS CETÓNICOS, HEMOGLOBINA, GLUCOSA, BILIRRUBINA, LEUCOCITOS, NITRITOS) Y COMO OPCIONAL DETERMINAR AQUELLOS ANALITOS ADICIONALES QUE SE MENCIONAN EN EL PUNTO 2 DE LA CÉDULA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LOS EQUIPOS DE UROANÁLISIS, ¿SE ACEPTA?	
27	481808	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	UROANÁLISIS PUNTO 4 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS UROANÁLISIS PUNTO 4 SOLICITAN VELOCIDAD DE CICLO DE MEDICIÓN: MÍNIMO 5 SEGUNDOS. SE LE PIDE A LA AMABLE CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN TIEMPO DE MEDICIÓN DE 7 SEGUNDOS LO CUAL NO AFECTA EL TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA CARGA DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
28	481809	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	UROANÁLISIS PUNTO 5 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS UROANÁLISIS PUNTO 5 SOLICITAN DEPÓSITO DE MUESTRAS: PLACA DE CARGA DE TIRA. EN ESTE PUNTO HACE REFERENCIA AL DEPÓSITO DE TIRAS Y AL PASO DONDE SE TRANSPORTAN LAS TIRAS, FAVOR DE ACLARAR.	PLACA DE TRANSPORTE DE TIRA, INCLUYE DEPOSITO DE DESECHOS
29	481810	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	ANEXO 10-E UROANÁLISIS PUNTO 11. CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS UROANÁLISIS PUNTO 11 SOLICITAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: SI, MÍNIMO A 3,000 RESULTADOS. SE LE PIDE A LA AMABLE CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA ALMACENAMIENTO DE 2000 RESULTADOS EN MEMORIA Y CON LA POSIBILIDAD DE PODER TENER ADICIONAL EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN LA INTERFACE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
30	481811	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	GASES Y PH EN SANGRE PUNTO 2 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS GASES Y PH EN	SI SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CV		DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	SANGRE. PUNTO 2 SOLICITAN ANALITOS O ESTUDIOS A DETERMINAR POR LA UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE: MÍNIMO PH, PO2, PCO, LACTATO, BICARBONATO DE CALCIO, HEMOGLOBINA Y GLUCOSA. ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO SOLICITADO TENGA LA CAPACIDAD DE MEDIR PH, PO2, PCO2, NA+, KA+, CA++ IÓNICO, GLUCOSA, LACTATO, HEMATOCRITO, CON PARÁMETROS CALCULADOS COMO HCO3, HCO3 STD, TCO2, BEECF, EB, SO2. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE ACEPTA?	
31	481812	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	GASES Y PH EN SANGRE PUNTO 4 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS GASES Y PH EN SANGRE. PUNTO NÚMERO 4 SOLICITAN QUE CUENTE CON MÓDULO DE REACTIVOS. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE UTILIZA CARTUCHO MULTIUSOS, INCLUYE SOLUCIONES, REACTIVOS, MEMBRANAS, ELECTRODOS O BIOSENSORES, GASES TONOMETRIZADOS, AGUJA TOMA DE MUESTRA Y BOLSA DE DESECHOS. CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMÁTICO EN TIEMPO REAL DESPUÉS DE CADA MUESTRA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
32	481813	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PUNTO 4 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "HEMOGLOBINA GLUCOSILADA" PUNTO 4 SOLICITAN VOLUMEN MÁXIMO 4 µL. SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR QUE PROCESA LA PRUEBA REQUERIDA CON 5 UL AL NO HABER DIFERENCIA SIGNIFICATIVA CON LO REQUERIDO, CON LA VENTAJA QUE EL ANALIZADOR PROPORCIONE EL RESULTADO EN 3 MINUTOS BRINDANDO MAYOR NÚMERO DE PRUEBAS POR HORA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
33	481814	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PUNTO 5 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS "HEMOGLOBINA GLUCOSILADA" PUNTO 5 SOLICITAN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR QUE DÉ RESULTADOS CUANTITATIVOS, PORTÁTIL	SE SOLICITA UN EQUIPO DE ACUERDO A LAS ESPECIACIONES TÉCNICAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					Y BATERÍA RECARGABLE, CON CERTIFICADO NGSP, CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS OPCIONAL Y PUERTO RS232 ¿SE ACEPTA?	
34	481815	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"BIOQUÍMICA CLÍNICA" PUNTO 1. PRINCIPIO DE MEDICIÓN: FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA (COLORIMETRÍA) Y TURBIDIMETRÍA:SI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN SEA COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO Y TURBIDIMETRICO, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
35	481816	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"BIOQUÍMICA CLÍNICA" PUNTO 4. NÚMERO DE REACTIVOS A BORDO: MÍNIMO. 40 REACTIVOS A BORDO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN MÁXIMO DE 30 REACTIVOS ABORDO, SIN QUE SE AFECTE EL NÚMERO DE ESTUDIOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 4 DONDE ESPECIFICA QUE SON 24 ANALITOS DE QUÍMICA CLÍNICA; SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
36	481817	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"BIOQUÍMICA CLÍNICA" PUNTO 7. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS POR HORA: MÍNIMO 200 PRUEBAS POR HORA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 150 PRUEBAS POR HORA, ESTO EN BASE A QUE LA UNIDAD QUE TIENE EL MAYOR ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD DIARIA, REALIZA 160 ANÁLISIS POR DÍA; SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
37	481818	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"BIOQUÍMICA CLÍNICA" PUNTO 8. VOLUMEN DE MUESTRA: DE 2 A 45 UL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN VOLUMEN DE MUESTRA PROGRAMABLE DE 3 A 40 µL, TOMANDO EN	SE ACEPTA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					CUENTA QUE EL VOLUMEN MÍNIMO DE RECOLECCIÓN SANGUÍNEA ES DE 0.5 ML. ¿SE ACEPTA?	
38	481819	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"BIOQUÍMICA CLÍNICA" PUNTO 9. VOLUMEN DE REACTIVOS: PROGRAMABLE DE 10 A 450 µL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN VOLUMEN DE REACTIVO PROGRAMABLE DE 10 A 440 µL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
39	481820	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"BIOQUÍMICA CLÍNICA" PUNTO 10. CAPACIDAD DE ANALIZAR MUESTRAS DE SUERO, PLASMA, ORINA O LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO: SI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ANALIZAR MUESTRAS DE SUERO, PLASMA, ORINA, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, SANGRE TOTAL, SOBRENADANTE Y OTROS LÍQUIDOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
40	481821	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"BIOQUÍMICA CLÍNICA" PUNTO 11. CALIBRACIÓN MONO PUNTO, DOS PUNTOS, Y MULTIPUNTO: SI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
41	481822	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"BIOQUÍMICA CLÍNICA" PUNTO 17. SENSOR DE NIVEL DE MUESTRAS Y REACTIVOS, PROTECCIÓN DE COLISIÓN Y CHEQUEO DE INVENTARIO: SI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DETECCIÓN DE NIVEL CAPACITIVA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA LAS CARACTERÍSTICAS PREVIAMENTE ESTABLECIDA EN LA CEDULA.
42	481823	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	BIOQUÍMICA CLÍNICA (ELECTROLITOS) PUNTO 13. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: MÍNIMO 125 RESULTADO DE PACIENTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE	SE ACEPTA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
 JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
 NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					100 A 125 RESULTADOS DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	
43	481824	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	BIOQUÍMICA CLÍNICA (ELECTROLITOS) PUNTO 4 SOLICITAN EN EL PUNTO NÚMERO 4 CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRA: MÁXIMO 55 SEGUNDOS EN SANGRE Y 90 SEGUNDOS EN ORINA. SE PUEDE OFERTAR ANALIZADOR QUE NOS PROPORCIONE UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 60 SEGUNDOS EN SANGRE, SUERO O PLASMA Y 90 SEGUNDOS EN ORINA CON UN CICLO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO DE MUESTREO Y CALIBRACIÓN CADA 4 HRS, OTORGANDO SEGURIDAD A LA INSTITUCIÓN DE CONTAR CON RESULTADOS EXACTOS EN CUALQUIER MOMENTO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
44	481825	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"HEMATOLOGÍA" PUNTO 2. ANALITOS O ESTUDIOS: SOLICITADOS EN EL ANEXO 4 CON UN MÍNIMO DE 21 PARÁMETROS CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS ANALITOS A LOS QUE SE REFIERE SON LOS DESCRITOS EN "BIOMETRÍA HEMÁTICA" "PRUEBAS INCLUIDAS" PAG 16. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Los Parámetros de la Biometría Hemática a realizar serán los incluidos en las especificaciones mínimas requeridas por tipo de equipo. En la cédula se especifica de 21 parámetros
45	481826	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"HEMATOLOGÍA" PUNTO 2. ANALITOS O ESTUDIOS: SOLICITADOS EN EL ANEXO 4 CON UN MÍNIMO DE 21 PARÁMETROS CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN MÍNIMO DE 18 PARÁMETROS Y DIFERENCIAL DE TRES PARTES, TOMANDO EN CUENTA LOS ANALITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 4D DONDE ESPECIFICAN LOS 18 PARÁMETROS REQUERIDOS, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	OFERTAR LO ESPECIFICADO EN LA CEDULA
46	481827	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"HEMATOLOGÍA" PUNTO 4. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS POR HORA: MÍNIMO 70 PRUEBAS / HORA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE 60 PRUEBAS POR HORA,	SE ACEPTA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					TOMANDO COMO REFERENCIA LA UNIDAD QUE TIENE EL MAYOR ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD DIARIA, REALIZA 30 ANÁLISIS POR DÍA, ESTE TIEMPO DE PROCESO NO AFECTA SU JORNADA LABORAL. ¿SE ACEPTA?	
47	481828	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"HEMATOLOGÍA" PUNTO 5. VOLUMEN DE MUESTRA: MÁXIMO 9 µL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN VOLUMEN MÁXIMO DE MUESTRA DE 9.8 µL, TOMANDO EN CUENTA QUE EL VOLUMEN MÍNIMO DE RECOLECCIÓN SANGUÍNEA ES DE 0.5 ML. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
48	481829	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"HEMATOLOGÍA" PUNTO 12. CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO DE PRUEBAS: MÍNIMO 50000 RESULTADOS INCLUYENDO GRÁFICAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PRUEBAS DE 1500 PACIENTES EN MEMORIA INTERNA Y 60000 PACIENTES EN MEMORIA EXTERNA. ¿SE ACEPTA?	SE RECHAZA
49	481830	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	"HEMATOLOGÍA" PUNTO 20. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA 100 HASTA 240 V/50 A 60 HZ. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UNA INSTALACIÓN DE 90 HASTA 250 V, 50 - 60HZ. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
50	481831	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS	BIOQUÍMICA CLÍNICA PUNTO 1 CÉDULA DE ESPECIFICACIONES BIOQUÍMICA CLÍNICA PRINCIPIO DE MEDICIÓN: FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA (COLORIMETRÍA) Y TURBIDIMETRÍA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO ADICIONAL CON PRINCIPIO DE MEDICIÓN DE INMUNOFLOURECENCIA PARA LAS PRUEBAS DE MIOGLOBINA, TROPONINA I Y TROPONINA T, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR RESULTADOS MAS RÁPIDOS, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

Preguntas efectuadas por:  
**6.-VE+ S.A.P.I. DE C.V.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	481610	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	2.2 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CALIDAD INCISO C	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PUEDA ENTREGAR ISO 9001:2015 EL CUAL SIGUE VIGENTES, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
2	481611	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	2.3 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO, FILIAL O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, COMO LO MARCO LA BASE QUE A LA LETRA DICE : EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR, DEBERÁ ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO, FILIAL Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA CONVOCATORIA
3	481612	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.19 VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE SEAN OPCIONALES Y SE ACEPTE ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MANIFESTEMOS QUE CONOCEMOS LAS INSTALACIONES Y SEREMOS RESPONSABLES DE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA INSTALAR LOS EQUIPOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO REQUERIDO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

**OBSERVACIONES**

Es importante mencionar que derivado de las respuestas otorgadas en la presente acta, el plazo que los licitantes tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas será de 6 (seis) horas contadas a partir de la publicación del acta en el portal de compras gubernamentales Compranet, una vez recibidas las preguntas la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviara las contestaciones correspondientes ello con fundamento en el artículo 46 fracción II del reglamento de la Ley.

Se hace constar que **NO** se cuenta con la presencia del Representante del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y de Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.**

del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAED/130/2024 de fecha del **30 de Enero del 2024**.

Se hace constar que **NO** se cuenta con la presencia del Representante de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través oficio No. 229001150100/CAED/129/2024 de fecha del **30 de Enero del 2024**.

Se hace constar que **SÍ** se cuenta con la presencia de la **CP Teresa Rosas Ramirez**, como representante del Programa IMSS-BIENESTAR del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAED/131/2024 de fecha del **30 de Enero del 2024**.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.



Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **15 de Febrero del 2024 a las 11:00 horas** a través del Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta se dio por terminada el Acto de Junta de Aclaraciones siendo las **13:55 horas del día 8 de Febrero del 2024**.

Esta Acta consta de **37 (Treinta y Siete)** páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

**Por el Instituto**

Nombre	Área	Firma
<b>CP Diliam Montaña Hernandez</b>	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en Puebla	
<b>CP Isidro Luna Arenas</b>	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA  
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL  
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-34-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 3.2 Y 4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

Nombre	Área	Firma
<u>Lic. Juan Pablo Guevara Aguilar</u>	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
<u>CP Teresa Roas Ramirez</u>	Por el Programa IMSS-BIENESTAR	
<u>Mtro. Daniel Dominguez López</u>	N-47 Líder de Proyecto "C"	
<u>Sin Asistencia</u>	Por el Órgano Interno de Control	N/A
<u>Sin Asistencia</u>	Por la Jefatura de Servicios Jurídicos	N/A

FIN DEL ACTA