

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA
NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

En la Ciudad de Puebla, Pue., siendo las **12:00 horas** del día **05 de Junio del 2024**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 5 de Febrero Oriente No. 107, Col. San Felipe Hueyotlipan C.P. 72030, Puebla, Pue., se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el **Acto de Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la **Licitación Pública con Carácter Internacional Bajo la Cobertura de Tratados** indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley).

Este acto es presidido por la **CP Diliam Montaña Hernandez, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, servidor público designado por la convocante del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 47 segundo párrafo del Reglamento de la Ley y el Punto 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, preside el evento y quien al inicio de esta junta comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de Compra Net, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

ANTECEDENTES

1.- El día **30 de Abril del 2024** se publicó en el Portal de Compras Gubernamentales Compra Net, la Licitación Pública con Carácter Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Número **LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024, para la Adquisición del Grupo 379 Consumibles de Equipo Médico, Mediante Terapia de Presion Negativa**, para cubrir necesidades durante el Ejercicio 2024.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. **LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

2.- El día **05 de Junio del 2024**, se lleva a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. **LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024**, para la **Adquisición del Grupo 379 Consumibles de Equipo Médico, Mediante Terapia de Presión Negativa**, para cubrir necesidades durante el Ejercicio 2024.

Las preguntas de carácter técnico fueron respondidas por la **L.E. Juana Rodriguez Hernandez de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas**.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar, indicando que se presentaron únicamente preguntas por vía electrónica a través del Portal de Compras Gubernamentales Compra Net, de los siguientes licitantes:

NÚMERO	LICITANTE	INTERES EN PARTICIPAR	NO. DE PREGUNTAS
1	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	SI	22 (Veintidós)
2	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	SI	03 (Tres)
		Total	25 (Veinticinco)

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.


A continuacion se mencionan los licitantes que solo presentaron Manifiesto de Interes en participar sin formular preguntas en tiempo y forma:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL
1	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV

Se adjuntan copia de la pantalla de Compra Net constatándose que **SÍ** se recibieron preguntas de los licitantes por esta vía:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA
NO. **LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.








Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones * 05/06/2024 12:00 Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de ComprasNet * 04/06/2024 12:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Reguntas
1	COMERCIALIZADORA PARA HOSPITALES CALA SA DE CV	27/05/2024 11:00				
2	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMEDISA DE CV	30/04/2024 20:25	30/04/2024 20:25			
3	ENDOMEDICA SA DE CV	02/05/2024 14:24				
4	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	02/05/2024 13:16	02/05/2024 13:17			
5	GENERANDO INNOVACIONES MEDICAS SAEM SA DE CV	01/05/2024 12:36				
6	MED RENT SA DE CV	04/05/2024 09:02				
7	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	02/05/2024 07:54	08/05/2024 11:10			
8	REMEDIACIONES TEPSA SA DE CV	15/05/2024 16:09				
9	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	03/05/2024 11:54				

10

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA
NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

A continuación, se detalla que se deberán tomar en cuenta las siguientes **Consideraciones Generales** a la convocatoria de la **Licitación Pública** con Carácter **Internacional Bajo la Cobertura de Tratados**, en apego al Artículo 33 de la Ley, que a la letra dice:

“Cualquier modificación a la Convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.”

No existen Consideraciones Generales a las bases de la convocatoria de la Licitación Pública con Carácter Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante con apoyo del área técnica, como se indica a continuación:

Preguntas efectuadas por: ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
590278	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 CLAVE 379.274.0023.00.0 1	DICE: DEPOSITO RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA RENASYS EZ PLUS... LAS CUALES SON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUSIVAS DEL FABRICANTE SMITH & NEPHEW TENGA A BIEN ACEPTAR LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PROPONEN: CLAVE 379.375.0526.00.02 Y DESCRIPCIÓN RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C.ULTA. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 100 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSAS TRAC QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLER CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENSAS TRAC. PRESENTACION: PIEZA. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ULTA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M8275093. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO:ULTA...CONTINUA...	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 1 CLAVE 379.274.0023.00.01
590279	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 CLAVE 379.274.0023.00.0 1	SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD AL SER SEMEJANTE A LA CLAVE REQUERIDA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS; 29, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; EN CONCOMITANCIA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN VI DEL RLAASSP; TODA VEZ QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER LAS CONDICIONES A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR; TODA VEZ QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE Y PARTIDA DESCRITA COMO SI FUERE UNA CALCA SON PROPIAS DE LA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 1 CLAVE 379.274.0023.00.01

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				MARCA SMITH & NEPHEW Y MODELO RENASYS EZ PLUS 66800697., COMO ES DE APRECIARSE DEL CATÁLOGO 66800912; PUESTO QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL RLAASSP, ES CAUSAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES SE ACEPTA?	
590280	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 CLAVE 379.274.0023.00.01	EN CASO DE NO ACEPTAR LAS CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL BIEN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ATENDIENDO A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, INDIQUE LA EXISTENCIA DEL BIEN SOLICITADO A TRAVÉS DE LA PARTIDA 1, CLAVE 379.274.0023.00.01, AL MENOS POR TRES FABRICANTES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD REQUERIDAS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN X; 26, SEXTO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I Y 29, FRACCIONES I Y V DEL RLAASSP	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN TODA VEZ QUE ESTA NO ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADA CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, SEXTO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
590301	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 CLAVE 379.274.0049.00.01	DICE: DEPOSITO RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA RENASYS...LAS CUALES SON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUSIVAS DEL FABRICANTE SMITH & NEPHEW TENGA A BIEN ACEPTAR LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PROPONEN: CLAVE 379.375.0419.00.01 Y DESCRIPCIÓN RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. FREEDOM. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 300 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO TRAC QUE CONSTA DE 1	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 2 CLAVE 379.274.0049.00.01

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLÉ CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL TRAC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 320058. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: FREEDOM. CONTINUA...	
590302	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 CLAVE 379.274.0049.00.0 1	SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD AL SER SEMEJANTE A LA CLAVE REQUERIDA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS; 29, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; EN CONCOMITANCIA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN VI DEL RLAASSP; TODA VEZ QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER LAS CONDICIONES A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR; TODA VEZ QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE Y PARTIDA DESCRITA COMO SI FUERE UNA CALCA SON PROPIAS DE LA MARCA: SMITH & NEPHEW MODELO: RENASYS GO 66800164, COMO ES DE APRECIARSE DEL CATÁLOGO 66800914; PUESTO QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL RLAASSP, ES CAUSAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 2 CLAVE 379.274.0049.00.01
590303	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 CLAVE 379.274.0049.00.0 1	EN CASO DE NO ACEPTAR LAS CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL BIEN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ATENDIENDO A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, INDIQUE LA EXISTENCIA DEL BIEN SOLICITADO A TRAVÉS DE LA PARTIDA 2, CLAVE 379.274.0049.00.01, AL MENOS POR TRES FABRICANTES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN TODA VEZ QUE ESTA NO ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADA CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. **LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CALIDAD REQUERIDAS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN X; 26, SEXTO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I Y 29, FRACCIONES I Y V DEL RLAASSP SE ACEPTA?	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, SEXTO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
590304	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 CLAVE 379.274.0049.00.01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE: RELACIONADO A LA PARTIDA 2 CLAVE 379.274.0049.00.01, QUE DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS PERMITA ENTREGAR EL NUMERO DE CATALOGO: M8275058, YA QUE EL CATALOGO INDICADO EN LA CLAVE 379.375.0419.00.01 ESTÁ DESCONTINUADO. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SON LAS MISMAS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 2 CLAVE 379.274.0049.00.01
590305	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 CLAVE 379.360.3493.00.01	DICE: PUERTO DE SUCCION SUAVE RENASYS EZ PLUS... LAS CUALES SON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUSIVAS DEL FABRICANTE SMITH & NEPHEW TENGA A BIEN ACEPTAR LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PROPONEN: CLAVE 379.561.0942.00.01 Y DESCRIPCIÓN SET TRAC PAD QUE CONTIENE: PELICULA ADHESIVA Y TUBO CONECTOR. SET COMPATIBLE CON UNIDADES DE TERAPIA FREEDOM Y ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275067. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS. CONTINUA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 4 CLAVE 379.360.3493.00.01
590306	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 CLAVE 379.360.3493.00.01	SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD AL SER SEMEJANTE A LA CLAVE REQUERIDA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS; 29, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; EN CONCOMITANCIA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN VI DEL RLAASSP; TODA VEZ QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER LAS CONDICIONES A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE Y REQUISITOS LOS CUALES	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 4 CLAVE 379.360.3493.00.01

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR; TODA VEZ QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE Y PARTIDA DESCRITA COMO SI FUERE UNA CALCA SON PROPIAS DE LA MARCA: SMITH & NEPHEW MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697, COMO ES DE APRECIARSE DEL CATÁLOGO 66800799; PUESTO QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL RLAASSP, ES CAUSAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES.	
590307	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 CLAVE 379.360.3493.00.0 1	EN CASO DE NO ACEPTAR LAS CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL BIEN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ATENDIENDO A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, INDIQUE LA EXISTENCIA DEL BIEN SOLICITADO A TRAVÉS DE LA PARTIDA 4, CLAVE 379.360.3493.00.01, AL MENOS POR TRES FABRICANTES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD REQUERIDAS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN X; 26, SEXTO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I Y 29, FRACCIONES I Y V DEL RLAASSP	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN TODA VEZ QUE ESTA NO ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADA CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, SEXTO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
590308	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 CLAVE 379.360.3493.00.0 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE: RELACIONADO A LA PARTIDA 4 CLAVE 379.360.3493.00.01, QUE DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS PERMITA ENTREGAR EL NUMERO DE CATALOGO: M8275057, YA QUE EL CATALOGO INDICADO EN LA CLAVE 379.561.0942.00.01 ESTÁ DESCONTINUADO. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SON LAS MISMAS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 4 CLAVE 379.360.3493.00.01
590309	ESPECIALISTAS EN	TÉCNICO	PARTIDA 5 CLAVE	6. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE: RELACIONADO A LA PARTIDA 5	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA,



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV		379.561.1940.00.01	CLAVE 379.561.1940.00.01 Y DESCRIPCIÓN PAQUETE PEQUEÑO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600... MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698. LAS CUALES SON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUSIVAS DEL FABRICANTE SMITH & NEPHEW TENGA A BIEN ACEPTAR LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PROPONEN: CLAVE 379.561.1072.00.01 Y DESCRIPCIÓN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO CHICO GRANU FOAM DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADA, DE 10 CM DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 1 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES, 1 REGLA DESECHABLE Y UNA ALMOHADILLA DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SISTEMA SENSA TRAC QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN. COPLÉE CONECTOR HEMBRA EN EL EXTREMO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON EQUIPO ATS, INSTIL Y FREEDOM CAPAZ DE DETECTAR 5 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: M8275051. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC MODELO: ATS. CONTINUA...	FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 5 CLAVE 379.561.1940.00.01
590310	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 CLAVE 379.561.1940.00.01	SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD AL SER SEMEJANTE A LA CLAVE REQUERIDA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS; 29, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; EN CONCOMITANCIA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 5 CLAVE

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				VI DEL RLAASSP; TODA VEZ QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER LAS CONDICIONES A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR; TODA VEZ QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE Y PARTIDA DESCRITA COMO SI FUERE UNA CALCA SON PROPIAS DE LA MARCA SMITH & NEPHEW Y MODELO RENASYS, COMO ES DE APRECIARSE DEL CATÁLOGO 66800794; PUESTO QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL RLAASSP, ES CAUSAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES	379.561.1940.00.01
590311	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5 CLAVE 379.561.1940.00.01	EN CASO DE NO ACEPTAR LAS CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL BIEN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ATENDIENDO A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, INDIQUE LA EXISTENCIA DEL BIEN SOLICITADO A TRAVÉS DE LA PARTIDA 5, CLAVE 379.561.1940.00.01, AL MENOS POR TRES FABRICANTES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD REQUERIDAS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN X; 26, SEXTO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I Y 29, FRACCIONES I Y V DEL RLAASSP	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN TODA VEZ QUE ESTA NO ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADA CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, SEXTO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
590312	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 CLAVE 379.561.1957.00.01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE: RELACIONADO A LA PARTIDA 6 CLAVE 379.561.1957.00.01 Y DESCRIPCIÓN PAQUETE MEDIANO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600.. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LAS CUALES SON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUSIVAS DEL FABRICANTE SMITH & NEPHEW TENGA A BIEN ACEPTAR LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PROPONEN: CLAVE 379.561.0900.00.01 Y DESCRIPCIÓN UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275052. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS. CONTINUA...	PARA LA PARTIDA 6 CLAVE 379.561.1957.00.01
590313	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 CLAVE 379.561.1957.00.01	SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD AL SER SEMEJANTE A LA CLAVE REQUERIDA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS; 29, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; EN CONCOMITANCIA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN VI DEL RLAASSP; TODA VEZ QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER LAS CONDICIONES A FIN DE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 6 CLAVE 379.561.1957.00.01

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR; TODA VEZ QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE Y PARTIDA DESCRITA COMO SI FUERE UNA CALCA SON PROPIAS DE LA MARCA SMITH & NEPHEW, COMO ES DE APRECIARSE DEL CATÁLOGO 66800795; PUESTO QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL RLAASSP, ES CAUSAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES	
590314	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 CLAVE 379.561.1957.00.01	EN CASO DE NO ACEPTAR LAS CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL BIEN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ATENDIENDO A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, INDIQUE LA EXISTENCIA DEL BIEN SOLICITADO A TRAVÉS DE LA PARTIDA 6, CLAVE 379.561.1957.00.01, AL MENOS POR TRES FABRICANTES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD REQUERIDAS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN X; 26, SEXTO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I Y 29, FRACCIONES I Y V DEL RLAASSP	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN TODA VEZ QUE ESTA NO ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADA CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, SEXTO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
590315	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 6 CLAVE 379.561.1957.00.01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE: RELACIONADO A LA PARTIDA 6 CLAVE 379.561.1957.00.01, QUE DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS PERMITA ENTREGAR EL NUMERO DE CATALOGO: M8275052, YA QUE EL CATALOGO INDICADO EN LA CLAVE 379.561.0900.00.01 ESTA DESCONTINUADO. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SON LAS MISMAS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 6 CLAVE 379.561.1957.00.01

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
590316	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7 CLAVE 379.561.1965.00.01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE: RELACIONADO A LA PARTIDA 7 CLAVE 379.561.1965.00.01 Y DESCRIPCIÓN PAQUETE GRANDE: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600...RENASYS GO 66800698. LAS CUALES SON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUSIVAS DEL FABRICANTE SMITH & NEPHEW TENGA A BIEN ACEPTAR LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PROPONEN: CLAVE 379.561.0918.00.01 Y DESCRIPCIÓN UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275053. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS CONTINUA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 7 CLAVE 379.561.1965.00.01
590317	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7 CLAVE 379.561.1965.00.01	SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD AL SER SEMEJANTE A LA CLAVE REQUERIDA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS; 29, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; EN CONCOMITANCIA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARA LA PARTIDA 7 CLAVE



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				VI DEL RLAASSP; TODA VEZ QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER LAS CONDICIONES A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR; TODA VEZ QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE Y PARTIDA DESCRITA COMO SI FUERE UNA CALCA SON PROPIAS DE LA MARCA SMITH & NEPHEW, COMO ES DE APRECIARSE DEL CATÁLOGO 66800796; PUESTO QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL RLAASSP, ES CAUSAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES	379.561.1965.00.01
590318	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7 CLAVE 379.561.1965.00.01	EN CASO DE NO ACEPTAR LAS CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA EL BIEN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ATENDIENDO A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, INDIQUE LA EXISTENCIA DEL BIEN SOLICITADO A TRAVÉS DE LA PARTIDA 7, CLAVE 379.561.1965.00.01, AL MENOS POR TRES FABRICANTES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD REQUERIDAS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN X; 26, SEXTO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I Y 29, FRACCIONES I Y V DEL RLAASSP	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN TODA VEZ QUE ESTA NO ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADA CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, SEXTO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
590319	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7 CLAVE 379.561.1965.00.01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE: RELACIONADO A LA PARTIDA 7 CLAVE 379.561.1965.00.01, QUE DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS PERMITA ENTREGAR EL NUMERO DE CATALOGO: M8275053, YA QUE EL CATALOGO INDICADO EN LA CLAVE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO)

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				379.561.0918.00.01 ESTA DESCONTINUADO. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SON LAS MISMAS.	PARA LA PARTIDA 7 CLAVE 379.561.1965.00.01

Preguntas efectuadas por: MEDICAL RECOVERY SA DE CV

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
589979	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	CONDICIONES DE ENTREGA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS INSUMOS QUE CONSTA ESTA LICITACIÓN Y POR CONSIGUIENTE SI LA EMPRESA GANADORA PARTICIPANTE DEBE SUMINISTRAR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS.	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 12.7 DE LA CONVOCATORIA.
589980	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	CONDICIONES DE ENTREGA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CON CUANTOS DÍAS COMO MÁXIMO SE DISPONE PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS A TODOS LOS HOSPITALES INDICADOS UNA VEZ QUE SE HAYA DADO EL FALLO	SE HACE LA ACLARACION QUE LOS EQUIPOS EN COMODATO DEBERAN SER ENTREGADOS A PARTIR DEL DIA HABIL POSTERIOR A LA EMISION DEL FALLO Y HASTA UN MAXIMO DE 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISION DE LA ORDEN DE REPOSICION.
590021	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	CONDICIONES DE ENTREGA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI TAL CUAL SE INDICA EN LAS BASES LA CANTIDAD DE EQUIPOS SON LOS QUE SE DEBEN DE ENTREGAR EN CADA HOSPITAL EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	ES CORRECTA SU APRECIACION



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

OBSERVACIONES

Es importante mencionar que derivado de las respuestas otorgadas en la presente acta, el plazo que los licitantes tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas será de 6 (seis) horas contadas a partir de la publicación del acta en el Portal de Compras Gubernamentales Compra Net, una vez recibidas las preguntas la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviara las contestaciones correspondientes ello con fundamento en el artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley.

Se hace constar que se cuenta con la presencia del **Mtro. Dario Octavio Moral Hernández** y de la **L.A. Nelía Rosas Mendo** como Representantes del Área de Auditoría Interna, Desarrollo y de Mejora de la Gestión Pública; y de Quejas, Denuncias e Investigaciones en Puebla del Órgano Interno de Control Especifico en el Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla mismos que fueron invitados al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAE/0519/2024 de fecha del 30 de Abril del 2024.

El representante del Órgano Interno de Control manifiesta lo siguiente:

Que con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

*En este acto, se hace constar que mediante correo electrónico de fecha **30 de Abril** del año en curso, se hizo del conocimiento del área contratante a través del servidor público facultado para llevar los actos del presente procedimiento de contratación,*

Página 18 de 22

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

los comentarios de carácter particular al procedimiento de contratación, derivado de la verificación a las solicitudes de aclaración presentadas por parte de la proveeduría a través del sistema CompraNet, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertare.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 33 y 33 bis de la Ley; 46, fracciones IV y V, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos.

Finalmente, se sugiere considerar todas y cada de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica. Siendo todo lo que desea manifestar.

Se hace constar que **NO** se cuenta con la presencia del Representante de la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla mismo que fue invitado al acto correspondiente a través oficio No. 229001150100/CAE/**0520**/2024 de fecha del 30 de Abril del 2024.

Se hace constar que **SI** se cuenta con la presencia de la **L.E. Juana Rodríguez Hernandez** como Representante de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla, misma que fue invitada al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAE/**0521**/2024 de fecha del 30 de Abril del 2024.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NO. **LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.



De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en la dirección electrónica: upcp-compranet.hacienda.gob.mx.

Después de dar lectura a la presente Acta siendo las 12:25 horas del día 05 de Junio del 2024, se declara una Suspensión de la Junta de Aclaraciones a efecto de que transcurra el término concedido en el capítulo de observaciones

Esta Acta consta de **22 páginas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Por el Instituto

Nombre	Área	Firma
C.P. Diliam Montaña Hernandez	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	
CP Isidro Luna Arenas	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	



Página 20 de 22

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA

NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Nombre	Área	Firma
Lic. Juan Pablo Guevara Aguilar	Jefe de Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. María Guadalupe Martínez Nieves	Supervisor de Proyectos	

Por el Órgano Interno de Control.


Nombre	Área	Firma
<u>Mtro. Dario Octavio Moral Hernández</u>	Titular del Órgano Interno de Control	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



LICITACIÓN PÚBLICA

NO. **LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR006-T-83-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, MEDIANTE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, EJERCICIO 2024 QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Nombre	Área	Firma
<u>L.A. Nelia Rosas Mendo</u>	Jefa de Grupo del Órgano Interno de Control	

Por la Jefatura de Servicios de Prestaciones Medicas

Nombre	Área	Firma
<u>L.E. Juana Rodriguez Hernández</u>	Jefatura de Servicios de Prestaciones Medicas	
<u>Lic. Víctor Iván Herrera Rojas</u>	Jefe de Enfermeras	

Por la Jefatura de Servicios Jurídicos.

Sin Asistencia

.....**FIN DEL ACTA**.....