



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **29 DE MAYO DE 2025**, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE No. 107, COL. SAN FELIPE HUEYOTLIPAN C.P. 72030, PUEBLA, PUE., SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS** INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY).

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL **C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y EL PUNTO 5.3.8 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, PRESIDE EL EVENTO Y QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA COMUNICÓ QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO **44** DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DE COMPRANET, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

ANTECEDENTES

- 1.- EL DÍA **22 DE MAYO DE 2025** SE PUBLICÓ EN EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET, LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025**, PARA LA **ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025**.
- 2.- CON FECHA **29 DE MAYO DE 2025**, A LAS 11:00 HORAS SE SEÑALÓ EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL CORRESPONDIENTE DE LAS BASES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025**, QUE RIGE EL PRESENTE EVENTO.
- 3.- ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE DEL ACTO, DIO INICIO AL MISMO SEÑALANDO QUE **SI** SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, POR VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.

SE ADJUNTA COPIA DE LA PANTALLA DE COMPRANET CONSTATÁNDOSE QUE **SI** SE RECIBIERON PREGUNTAS DE LOS LICITANTES POR ESTA VÍA:

SIN TEXTO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Compras MX 16:07 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México FRANCISCO PASCUAL TORRES MEDINA Operador de Unidad Compras MX

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

Código del expediente: E-2025-00040063 Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 Estatus del procedimiento de contratación: VIGENTE JA

Código interno del procedimiento: P-2025-00034196 Nombre del procedimiento de contratación: CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMAFLEX PARA EL HGZ 20

Licitantes que han presentado proposición: 0

Datos Generales Requerimientos **Solicitudes de aclaración** Preguntas Evaluación Configuración de OJD Fallos Estado requerimientos de contratación Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones: 29/05/2025 11:00 Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX: 29/05/2025 11:00

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR Exportar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expiración de interés	Manifesto	Acusa(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acusa(s) de Preguntas
1	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	27/05/2025 17:24	27/05/2025 17:24		↓	
2	BAXTER SA DE CV	27/05/2025 16:07	27/05/2025 16:18		↓	
3	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	29/05/2025 10:21	29/05/2025 14:39			
4	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	27/05/2025 18:48	27/05/2025 20:54		↓	
5	FEPRISA COMERCIALIZADORA SA DE CV	26/05/2025 03:37				
6	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	23/05/2025 11:39				
7	XRC ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	26/05/2025 09:44				



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SE HACE MENCIÓN QUE LOS SIGUIENTE LICITANTES SOLO MANIFESTARON SU INTERES EN PARTICIPAR.

1	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV
2	BAXTER SA DE CV,
3	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE S.A. DE C.V.

A CONTINUACIÓN, SE DETALLA QUE SE DEBERÁN TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES **CONSIDERACIONES GENERALES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY, QUE A LA LETRA DICE:

“CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.”

NO EXISTEN CONSIDERACIONES GENERALES A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE CON APOYO DEL AREA TECNICA, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

1.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR: B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/))
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
790615	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO ANEXO TÉCNICO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 5.10. BASANDONOS EN QUE LA DOSIS RENAL IDEAL ES DE 25-30 ML/KG/H Y ENTENDIENDO QUE EL LIMITE MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES ES MUY BAJO PARA LOGRAR UNA DOSIS RENAL ADUCAUADA (0 ML/H), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE REINYECCIÓN A PARTIR DE 50 A 8000 ML/H CON INCREMENTOS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
790616	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	DE 1 EN 1 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
790617	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 5.11. BASANDONOS EN QUE LA DOSIS RENAL IDEAL ES DE 25-30 ML/KG/H Y ENTENDIENDO QUE EL LIMITE MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES ES MUY BAJO PARA LOGRAR UNA DOSIS RENAL ADUCAUADA (0 ML/H), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE DIALIZADO A PARTIR DE 50 A 8000 ML/H CON INCREMENTOS DE 1 EN 1 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
790618	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.1.3. CONSIDERANDO QUE A UN MENOR FLUJO SANGUÍNEO AUMENTA LA PROBABILIDAD DE COAGULACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN FLUJO DE RETORNO A PARTIR DE 10 A 500 ML/MIN GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
790619	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.2.1. BASANDONOS EN QUE LA DOSIS RENAL IDEAL ES DE 25-30 ML/KG/H Y ENTENDIENDO QUE EL LIMITE MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES ES MUY BAJO PARA LOGRAR UNA DOSIS RENAL ADUCAUADA (0 ML/H), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE SUSTITUCIÓN A PARTIR DE 50 A 8000 ML/H CON INCREMENTOS DE 1 EN 1 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
790619	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.3.1. BASANDONOS EN QUE LA DOSIS RENAL IDEAL ES DE 25-30 ML/KG/H Y ENTENDIENDO QUE EL LIMITE MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES ES MUY BAJO PARA LOGRAR UNA DOSIS RENAL ADUCAUADA (0 ML/H), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE DIALISIS A PARTIR DE 50 A 8000 ML/H CON INCREMENTOS DE 1 EN 1 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
790620	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.4.1. TENIENDO EN CUENTA QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA TERAPIA DE SCUF ES REMOVER LIQUIDOS, Y ENTENDIENDO QUE EL LÍMITE MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES ES MUY BAJO PARA LOGRAR ESTA TERAPIA (0), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE EFLUENTE O ULTRAFILTRACIÓN A PARTIR DE 50 A 11000 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
790621	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.4.2. TENIENDO EN CUENTA QUE EL LIMITE MINIMO DE EFLUENTE O ULTRAFILTRACION PARA LAS TERAPIAS DE CVVH, CVVHD Y CVVHDF SON MUY BAJAS (0), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE EFLUENTE A PARTIR DE 50 A 11000 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
790622	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.4.4. TENIENDO EN CUENTA QUE EL LIMITE MINIMO DE EFLUENTE O ULTRAFILTRACION SON MUY BAJAS (0), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE EFLUENTE A PARTIR DE 50 A 11000 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791371	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 5.10. BASANDONOS EN QUE LA DOSIS RENAL IDEAL ES DE 25-30 ML/KG/H Y ENTENDIENDO QUE EL LIMITE MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES ES MUY BAJO PARA LOGRAR UNA DOSIS RENAL ADUCAJADA (0 ML/H), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE REINYECCIÓN A PARTIR DE 50 A 8000 ML/H CON INCREMENTOS DE 1 EN 1 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791372	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 5.11. BASANDONOS EN QUE LA DOSIS RENAL IDEAL ES DE 25-30 ML/KG/H Y ENTENDIENDO QUE EL LIMITE MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES ES MUY BAJO PARA LOGRAR UNA DOSIS RENAL	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ADUCAUADA (0 ML/H), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE DIALIZADO A PARTIR DE 50 A 8000 ML/H CON INCREMENTOS DE 1 EN 1 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	
791373	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.1.3. CONSIDERANDO QUE A UN MENOR FLUJO SANGUÍNEO AUMENTA LA PROBABILIDAD DE COAGULACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN FLUJO DE RETORNO A PARTIR DE 10 A 500 ML/MIN GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791374	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.2.1. BASANDONOS EN QUE LA DOSIS RENAL IDEAL ES DE 25-30 ML/KG/H Y ENTENDIENDO QUE EL LIMITE MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES ES MUY BAJO PARA LOGRAR UNA DOSIS RENAL ADUCAUADA (0 ML/H), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE SUSTITUCIÓN A PARTIR DE 50 A 8000 ML/H CON INCREMENTOS DE 1 EN 1 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791375	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.3.1. BASANDONOS EN QUE LA DOSIS RENAL IDEAL ES DE 25-30 ML/KG/H Y ENTENDIENDO QUE EL LIMITE MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES ES MUY BAJO PARA LOGRAR UNA DOSIS RENAL ADUCAUADA (0 ML/H), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE DIALISIS A PARTIR DE 50 A 8000 ML/H CON INCREMENTOS DE 1 EN 1 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791376	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.4.1. TENIENDO EN CUENTA QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA TERAPIA DE SCUF ES REMOVER LIQUIDOS, Y ENTENDIENDO QUE EL LIMITE MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES ES MUY BAJO PARA LOGRAR ESTA TERAPIA (0), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE EFLUENTE O ULTRAFILTRACIÓN A PARTIR DE 50 A 11000 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA



Handwritten signature and initials on the right margin.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
791377	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA? ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.4.2. TENIENDO EN CUENTA QUE EL LIMITE MINIMO DE EFLUENTE O ULTRAFILTRACION PARA LAS TERAPIAS DE CVVH, CVVHD Y CVVHDF SON MUY BAJAS (0), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE EFLUENTE A PARTIR DE 50 A 11000 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791378	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO, EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235, PUNTO 6.4.4. TENIENDO EN CUENTA QUE EL LIMITE MINIMO DE EFLUENTE O ULTRAFILTRACION SON MUY BAJAS (0), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUJO DE EFLUENTE A PARTIR DE 50 A 11000 ML/H, ASEGURANDO CON ESTOS RANGOS LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791379	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, REQUERIMIENTO, COMSUMIBLES PAQUETE 1, DEBIDO A QUE EL SET DESECHABLE SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PERTENECE A UN SOLO FABRICANTE (BAXTER) Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITAME OFERTAR DE LA MANERA MAS ATENTA SET DESECHABLE, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, FORMADO POR UN HEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE HEPARINA LIGADA Y SUS LÍNEAS. ESTE FILTRO ESTÁ CONECTADO A LA LÍNEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), A UNA LÍNEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LÍNEA DE ENTRADA DEL DIALIZADOR (BANDA DE COLOR VERDE) Y A UNA LÍNEA DE SALIDA DE EFLUENTE (BANDA DE COLOR AMARILLO); TAMBIÉN INCLUYE EL SET UNA LÍNEA DE SUSTITUCION POSTBOMBA DE SANGRE (BANDA DE COLOR MORADO) Y UNA LÍNEA PARA ANTICUAGULANTE (JERINGA). EL SET CONSTA DE UN HEMOFILTRO FIBROSO/DIALIZADOR HUECO DE POLIETERSULFONA, UN CIRCUITO DE TUBERÍA, EL CUAL SEA CAPAZ DE CONECTAR UN ADSORBENTE O CARTUCHO PARA HEMOPERFUSIÓN Y UNA BOLSA EFLUENTE DE 5 LITROS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791380	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, REQUERIMIENTO, COMSUMIBLES PAQUETE 2, DEBIDO A QUE EL CIRCUITO EXTRACORPOREO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PERTENECE A UN SOLO FABRICANTE (BAXTER) Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITAME OFERTAR DE LA MANERA MAS ATENTA UN CIRCUITO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA



[Handwritten signature and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/?)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				EXTRACORPÓREO DE PVC INTERCONECTADO. CONTIENE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA, UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LINEA PARA LIQUIDO DE HEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REMPLAZO, UNA LINEA DE ACCESO AL PACIENTE, UNA LINEA DE COLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO. 4 TRANSDUCTORES DE PRESION, UN FILTRO DE MEMBRANA DE POLIETERSULFONA DE TAMAÑO DE 1.6 M2, UNA BOLSA PARA DRENAJE DEL LIQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO POST DILUCION, ESTERIL Y DESECHABLE. PRESENTACION: SET. NUMERO DE CATALOGO: 7211427 (OMNISET PLUS) PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: B. BRAUN MODELO: OMNI. ¿SE ACEPTA?	
791381	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	ANEXO TÉCNICO, REQUERIMIENTO, CONSUMIBLES PAQUETE 3, DEBIDO A QUE LA SOLUCION CODYUVANTE SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PERTENECE A UN SOLO FABRICANTE (BAXTER) Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITAME OFERTAR DE LA MANERA MAS ATENTA SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION CODYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA BOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B) DESPUES DE LA MEZCLA CADA 1000 ML CONTIENE: POTASIO 4 MEQ/L, CALCIO 1.5 MEQ/L, MAGNESIO 0.5 MEQ/L, SODIO 140 MMOL/L, CLORO 113 MEQ/L, BICARBONATO 35 MEQ/L, GLUCOSA 5.6 MG/L, AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO 8974 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA MARCA B. BRAUN MODELO OMNI ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791382	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN	ANEXO TÉCNICO, REQUERIMIENTO, CONSUMIBLES PAQUETE 4, DEBIDO A QUE LA SOLUCION CODYUVANTE SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PERTENECE A	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION,



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	CV		COMODATO	UN SOLO FABRICANTE (BAXTER) Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITAME OFERTAR DE LA MANERA MAS ATENTA SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS, COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B). DESPUES DE LA MEZCLA, CADA 1000 ML CONTIENEN: CALCIO 1.5 MEQ/L; MAGNESIO 0.5 MEQ/L; SODIO 140 MEQ/L; CLORO 109 MEQ/L; BICARBONATO 35 MEQ/L; AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION: EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 8972 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA. MARCA: B. BRAUN. MODELO: OMNI. ¿SE ACEPTA?	ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA

2.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR: BAXTER SA DE CV

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, o modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
790380	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4, CORRESPONDIENTE A LAS CLAVES: 379.561.2898.00.01,	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS



[Handwritten signature and scribbles in blue ink on the right margin]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, o modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				379.200.3208.00.01, 379.821.3629.00.01, 379.821.3637.00.01. FAVOR RATIFICAR.	
790381	BAXTER SA DE CV	LEGAL – ADMINISTRATIVA	VIGENCIA DE CONTRATACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN QUE SE DERIVE DEL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN SERÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE REMITIRSE A NUMERAL 12 DE LAS BASES
790394	BAXTER SA DE CV	LEGAL – ADMINISTRATIVA	1. 6.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA RATIFIQUE QUE PARA AQUELLOS ESCRITOS O FORMATOS QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO INCLUIRLOS DENTRO DE LA PROPUESTA O EN SU CASO INCLUIRLOS CON LA LEYENDA DE NO APLICA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
790396	BAXTER SA DE CV	LEGAL – ADMINISTRATIVA	6.1.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	MI REPRESENTADA TIENE 23 MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL PRESENTE NUMERAL, SE ACEPTE PRESENTAR EL ACTA CONSTITUTIVA INICIAL DE LA EMPRESA Y LA COMPULSA DE ESTATUTOS (ESTA ESCRITURA CONTIENE LAS 23 MODIFICACIONES REALIZADAS A LA MISMA). LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE MI REPRESENTADA POSEE MÚLTIPLES MODIFICACIONES Y ESTO INCREMENTA EL PESO DE LOS DOCUMENTOS A SUBIR EN LA PLATAFORMA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
790407	BAXTER SA DE CV	LEGAL – ADMINISTRATIVA	8.1.- REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMI	CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, EMITIDO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL IMSS Y PUBLICADO EL 04 DE MAYO DE 2023 EN EL DOF, QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PRIMERA. LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES" EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE RATIFICAR QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS) CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 2 DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, DEBERA



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, o modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/#)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
790408	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	8.2 REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA	CONSIDERANDO QUE DE ACUERDO AL "AVISO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL LAS MODIFICACIONES AL ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS." PUBLICADO EN EL DOF EL 22 DE ABRIL DE 2024, EL CUAL ESTABLECE EN EL ANEXO ÚNICO LAS "REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA OBLIGACIONES FISCALES RELATIVAS A LAS APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)" QUE DICHA CONSTANCIA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE SU EMISIÓN. SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE RATIFICAR QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA EN MATERIA DE INFONAVIT CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 8 DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, PARA LO CUAL SE DEBERA OBSERVAR LO PREVISTO EN EL NUMERAL 12.2 DE LAS BASES
790409	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	8.3 REGLAS 2.1.24, 2.1.28, 2.1.36, 2.1.37 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL	SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE RATIFICAR QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA EN MATERIA DE OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 2 DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, PARA LO CUAL SE DEBERA OBSERVAR LO PREVISTO EN EL NUMERAL 12.2 DE LAS BASES
790410	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	DESCRIPCION DE CLAVES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4, SE DEBERÁ DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES DEL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD REQUERIDAS EN EL PLIEGO Y DESCRITAS EN EL PLIEGO (379.561.2898.00.01, 379.200.3208.00.01, 379.821.3629.00.01, 379.821.3637.00.01 Y 531.340.0235), OFERTANDO INSUMOS Y EQUIPO EN COMODATO QUE CUMPLA CABALMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS PARA CADA UNA DE LAS CLAVES. FAVOR RATIFICAR.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
790412	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 11 ANEXO TECNICO, PAGINA 6, NORMAS Y/O CERTIFICACIONES	SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 003-SSA3-2010 PARA LA PRACTICA LA PRÁCTICA DE LA HEMODIÁLISIS EN LA QUE APLICA PARA EL EQUIPAMIENTO Y MANEJO DE CONSUMIBLES.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, o modificar	Valores de rigen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CON LAS QUE SE D	CONSIDERNADO QUE EL OBJETO DE CONTRATACIÓN NO ES PARA LA PRÁCTICA DE HEMODIALISIS Y LA NORMA NOM 003-SSA3-2010 ES PARA ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE PRÁCTICA LA TERAPIA DE HEMODIÁLISIS. SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PERMITA ENTREGA UNA CARTA MANIFESTANDO QUE LOS CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO PARA CIRCUITO EXTRACORPÓREO PRISMAFLEX, CUMPLEN CON LAS NORMAS APLICABLES SEGÚN CORRESPONDA, OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMAFLEX PARA EL HGZ NO. 20, EJERCICIO 2025.	
790413	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 11 ANEXO TECNICO, PAGINA 6, NORMAS Y/O CERTIFICACIONES CON LAS QUE SE	SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE CONSIDERE QUE EL MATERIAL DE CONSUMO OFERTADO CONSUMIBLES, CIRCUITO EXTRACORPÓREO PARA PRISMAFLEX, OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y EL EQUIPO MÉDICO QUE SE ENTREGARA EN CALIDAD DE COMODATO CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CALIDAD APLICABLES AL FABRICANTE COMO ISO 13485:2016 QUE ES LA NORMA REFERIDA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y/O , CE, ETC., Y ESTOS A SU VEZ GARANTIZAN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
790414	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	2.3 TERMINOS Y CONDICIONES, ESPECIFICAMENTE EL APARTADO QUE INDICA *DEBERÁ C	SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE RATIFICAR QUE PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS INSUMOS CON EL EQUIPO EN COMODATO, LAS PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4 SERÁN ADJUDICADAS A UN SOLO PROVEEDOR. FAVOR RATIFICAR.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

3.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR: COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
790954	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, EQUIPO EN COMODATO	EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235 PUNTO 3.1 ¿SE CONSIDERA OBLIGARIO QUE EL EQUIPO PUEDA REALIZAR TERAPIAS DE SCUF (ULTRAFILTRACIÓN LENTA CONTINUA)?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
790955	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235 ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CONTenga UN SISTEMA DE CALEFACCION INTEGRADO, BASADO EN LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA TERMICA ENTRE LA PLACA DE CERAMICA CONTROLADA Y LA SOLUCION QUE FLUYE ATRAVES DE UNA BOLSA DE PLASTICO. RANGO DE 30 A 40° C, YA QUE ESTO REPRESENTA UNA BENEFICIO DE AHORRO DE ESPACIO Y SEGURIDAD PARA EL PACIENTE YA QUE LA TECNOLOGIA ESTA INTEGRADA AL EQUIPO Y NO ES UN ACCESORIO ADICIONAL?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
790956	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235 ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CONTenga UN SALVAPANTALLAS VISIBLE HASTA 10 METROS DE DISTANCIA ESTO ASEGURANDO EL FACIL AXCESO A LA INFORMACION DE LA TERAPIA, PROPORCIONANDO MAS SEGURIDAD AL PACIENTE?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
790957	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235 ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CONTenga BATERIA DE RESPALDO CON CAPACIDAD DE 30 MIN, ESTO AYUDA A TENER UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN CASO DE CUALQUIER FALLA ELECTRICA PÓDER TENER UN LAPZO DE TIEMPO DONDE EL EQUIPO SEGUIRA TRABAJANDO Y ESTO AYUDARA A QUE EL PACIENTE CONTINUE CON SU TERAPIA EN LO QUE SE BUSCA UNA SOLUCION?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791035	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235 ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CONTenga UN SINDICADOR DE LUZ LED QUE AYUDARA AL USUARIO A VISUALIZAR LAS ALARMAS, YA QUE ESTO REPRESENTA UNA VENTAJA DE SEGURIDAD AL PACIENTE, AL OFRECER UNA FORMA MAS FACIL DE DETECTAR ALGUNA ALERTA Y PODER TENER UNA ATENCION DEL PACIENTE DE UNA FORMA MAS INMEDITA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791036	COMERCIALIZADORA	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO,	EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/#)
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	STADEL DEL NORTE SA DE CV		EQUIPO EN COMODATO	531.340.0235 ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CONTenga ESCANEo DE CODIGO DE BARRAS DEL SET CON EL OBJETIVO DE EVITAR ERRORES EN LA PREPARACIÓN Y PREVIENE EL USO DE MATERIAL CADUCADO, BENEFICIANDO ESTO A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE?	DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA
791037	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, EQUIPO EN COMODATO	EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE: 531.340.0235 ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CONTenga UN SISTEMA DE GESTION DEL EQUILIBRIO DE LOS LIQUIDOS, ESTO TE AYUDA A TENER UNA COMPENSACION DIALITICA AUTOMATICA REDUCIENDO EL TIEMPO MUERTO DE LAS TERAPIAS?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION, ESPECIFICACION Y CLAVES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA

OBSERVACIONES

- 1.- QUE DERIVADO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA PRESENTE ACTA, EL PLAZO QUE LOS LICITANTES TENDRÁN PARA FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS SERÁ DE 6 (SEIS) HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL ACTA EN EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PREGUNTAS LA CONVOCANTE INFORMARÁ A LOS LICITANTES EL PLAZO MÁXIMO EN EL QUE ENVIARA LAS CONTESTACIONES CORRESPONDIENTES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY
- 2.- SE HACE CONSTAR QUE, **NO** SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, MISMO QUE FUE INVITADO AL ACTO CORRESPONDIENTE A TRAVÉS OFICIO No. 229001150100/CAE/0682/2025 DE FECHA **22 DE MAYO DE 2025**.
- 3.- SE HACE CONSTAR QUE, **NO** SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, MISMO QUE FUE INVITADO AL ACTO CORRESPONDIENTE A TRAVÉS DEL OFICIO No. 229001150100/CAE/0684/2025 DE FECHA **22 DE MAYO DE 2025**.
- 4.- SE HACE CONSTAR QUE, **SI** SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, MISMO QUE FUE INVITADO AL ACTO CORRESPONDIENTE A TRAVÉS DEL OFICIO No. 229001150100/CAE/0683/2025 DE FECHA **22 DE MAYO DE 2025**.



(Handwritten blue mark)

(Handwritten blue mark)

(Handwritten blue mark)



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 50 DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: comprasmx.buengobierno.gob.mx/.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11:24 HORAS DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2025.

ESTA ACTA CONSTA DE 16 PÁGINAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO.

POR EL INSTITUTO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. JOSEFITA LÓPEZ VALERIO	SUPERVISOR DE PROYECTOS	
DRA. ROSA ELENA ZAMUDIO JARAMILLO	POR LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS	
TSU ROBERTO HONORIO LÓPEZ JÍMENEZ	POR LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	
SIN ASISTENCIA	POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SIN ASISTENCIA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA
No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR006-T-68-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y CIRCUITOS EXTRACORPÓREOS PARA PRISMA FLEX PARA EL HGZ No. 20, PARA EL EJERCICIO 2025, QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
SIN ASISTENCIA	POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS	SIN ASISTENCIA

.....FIN DEL ACTA.....

