



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CGYR006-ES45-2022

**Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----**

En la Ciudad de Puebla, Pue., siendo las 10:00 horas del día 5 de diciembre del 2022, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 5 de Febrero Oriente No. 107, Col. San Felipe Hueyotlipan C.P. 72030, Puebla, Pue., se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el **Acto de Junta de Aclaraciones** de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria.-----

Este acto es presidido por la C.P. Isidro Luna Arenas, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado por la convocante del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 47 segundo párrafo del Reglamento de la Ley y el Numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, preside el evento y quien al inicio de esta Junta comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación, de forma electrónica a través del portal de COMPRANET, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas hayan sido cargadas con 24 horas de anticipación a este acto.-----

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que SI se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, solicitudes de aclaración a la Convocatoria y escrito de interés en participar, a través del portal de compras gubernamentales COMPRANET.-----

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del Área Técnica, Ing. Alberto Agustín Candia Villalobos **Biomedico Delegacional**, el cual solventó las preguntas de carácter técnico, así como del personal del Área Contratante de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyo nombre y firma aparecen al final de la presente Acta.-----



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, de los siguientes participantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.	ELECTRONICA	2
2	COMERCIALIZADORA ARVIEN, S. A. DE C. V.	ELECTRONICA	14
	TOTAL DE PREGUNTAS		16

Se adjunta copia de la pantalla de COMPRANET constatándose que SI se recibieron preguntas por parte del licitante por este medio de la empresa mencionada con anterioridad.-----



**Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**  
**Acta de Junta de Aclaraciones**

**Licitación Pública No. LA-050CGYR006-E545-2022**

**Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----**

Procesamiento: 12/2022 14:01 X +

CS 57 a m. COP - Cam 3, Arre. 2a Tima

**Compra Net**

Verificar a Bases

Operación de Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

Administración del Procedimiento: **Monitorio de Licitantes** Grupo de Evaluación: **Fallo** **Compras** **Módulo de Licitaciones** **Administración del Procedimiento**

Operación de Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

**Mensajes Recibidos**

Resumen	Fecha	Asunto	Fecha de Modificación	Fecha de Cierre en la UC	Respuesta
1. COPIA DE FOLIO DE VENTA DE BIENES	02/12/2022 15:30 PM	COPIA DE FOLIO DE VENTA DE BIENES	02/12/2022 09:15 PM	27/12/2022 11:00 AM	
2. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN	02/12/2022 09:15 AM	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN	02/12/2022 09:15 AM	02/12/2022 09:15 AM	

08:58 AM 02/12/2022

Se informa a los participantes que derivado de la Complejidad de las preguntas realizadas se dicta un receso a las 11:15 para reanudarse 15:30 horas del 05 de diciembre del 2022.



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

A continuación, se menciona que se deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones generales a la convocatoria de la Licitación, en apego al Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dice: *"Cualquier modificación a la convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición."*

No existen consideraciones Generales para la Licitación Publica No. LA-050CYR006-E545-2022

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante con apoyo del área técnica, como se indica a continuación:

Preguntas efectuadas por:

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR: MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.**

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
1	Anexo 1 Requerimiento Partidas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15	Se solicita a la convocante aclarar, si el licitante deberá apegar-se justa y cabalmente a las claves y descripciones del cuadro básico vigente del Instituto, publicadas en las bases de esta licitación <b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Y 12 POR ASÍ SER REQUERIDO POR EL INSTITUTO</b>
2	Anexo 1 Requerimiento Partidas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15	Se solicita a la convocante aclarar, si los consumibles solicitados en las bases de la presente licitación, deberán ser compatibles con una sola clase de equipo, con características específicas para su correcto desempeño. <b>RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Y 12 POR ASÍ SER REQUERIDO POR EL INSTITUTO</b>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-0500CYR006-ES45-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: COMERCIALIZADORA ARVIEN, S. A. DE C. V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
1	PUNTO 5, INCISO D	EL PUNTO 5 INCISO D, SEÑALA "LA PRESENTE CONVOCATORIA SE REQUIERE UNA MUESTRA DE AQUELLAS PARTIDAS Y/O RENGLONES QUE ASÍ LO REQUIERAN, DETALLADAS EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), EL NO PRESENTAR LA MUESTRA SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA", SIN EMBARGO, EN EL ANEXO 1 (UNO) NO SE SEÑALA A QUE PARTIDAS LES APLICA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE A QUE PARTIDAS LES APLICA LA ENTREGA DE MUESTRAS. FAVOR DE ACLARAR. <b>RESPUESTA: PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA.</b>
2	PUNTO 5, INCISO D	EN CASO DE QUE SE REQUIERA MUESTRA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS. FAVOR DE ACLARAR. <b>RESPUESTA: FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA EXTERIOR</b>

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
1	ANEXO 1, REQUERIMIENTO	EN RELACIÓN AL ANEXO 1, REQUERIMIENTO, CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE LAS DOCE PARTIDAS QUE CONFORMAN EL REQUERIMIENTO, HACEN MENCIÓN A UNA MARCA Y MODELO QUE SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LO CUAL PUEDE CONSIDERARSE QUE CONSTITUTE UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, POR LO QUE SE CONVIERTE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, MISMO QUE CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. ASI MISMO ES CONTRARIO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE EN SU ANTE PENÚLTIMO PÁRRAFO, EN LA PARTE CONDUCENTE, ESTABLECE:



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-ES45-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
2	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 1	<p>“PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. EN NINGÚN CASO SE DEBERÁN ESTABLECER REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR”.</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA BIENES QUE SOLO MANEJA UNA CASA COMERCIAL, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, ELIMINE LA MARCA Y MODELO DE LAS PARTIDAS QUE CONFORMAN EL ANEXO 1 Y ACEPTEN PROPUESTAS PARA SU EVALUACIÓN DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS A LA SOLICITADA CUMPLIENDO EN TODO MOMENTO LA MISMA FUNCIÓN TERAPÉUTICA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p> <p><b>PARA LA PARTIDA 1 EL INSTITUTO REQUIERE LA CLAVE 379.328.0144.00.01: ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) PARA TERAPIA VAC, DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275034. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.</b></p> <p>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
3	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 2	<p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA: ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p><b>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</b></p> <p><b>PARA LA PARTIDA 2 EL INSTITUTO REQUIERE LA CLAVE 379.375.0500.01.01: RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA,</b></p> <p>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, <b>NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA: LA CLAVE 379.274.0023.00.01 DEPÓSITO RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA RENASYS EZ PLUS, DE 800 ML, GRADUACIONES CADA 100 ML, CON SELLADO, FILTRO ANTI-DESBORDAMIENTO, TUBO DE CONEXIÓN A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, TUBO DE CONEXIÓN A DRENAJE, SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE ENTRADA AL SISTEMA. PRESENTACIÓN 1 PZAS. NÚMERO DE CATALOGO: 66800912. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH &amp; NEPHEW MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697.</b></p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CGYR006-ES45-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
		<p>CABE ACLARAR QUE HAREMOS LA CONVERSION RESPECTIVA EN CANTIDAD PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: CANTIDAD 130 PIEZAS YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 2 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</p>
4	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 3	<p>PARA LA PARTIDA 3 EL INSTITUTO REQUIERE CLAVE 379.375.0526.00.02: RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA,</p> <p>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA: LA CLAVE 379.274.0023.00.01 DEPÓSITO RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA RENASYS EZ PLUS, DE 800 ML, GRADUACIONES CADA 100 ML, CON SELLADO, FILTRO ANTI-DESBORDAMIENTO, TUBO DE CONEXIÓN A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, TUBO DE CONEXIÓN A DRENAJE, SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE ENTRADA AL SISTEMA. PRESENTACIÓN 1 PZAS. NÚMERO DE CATALOGO: 66800912. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH &amp; NEPHEW MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697.</p> <p>CABE ACLARAR QUE HAREMOS LA CONVERSION RESPECTIVA EN CANTIDAD PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: CANTIDAD 100 PIEZAS</p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-0500CYR006-ES45-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
5	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 4	<p>YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 3 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p> <p><b>PARA LA PARTIDA 4 EL INSTITUTO REQUIERE CLAVE: 379.561.0934.00.01: UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO</b></p> <p>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, <b>NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA: LA CLAVE 379.561.1965.00.01</b> PAQUETE GRANDE: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 25CM X 15CM X 3CM, UNPUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION, CON TRES PELICULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800796. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH &amp; NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698. <b>MÁS 3 APOSITOS FLEXIBLES ANTIMICROBIANOS IMPREGNADOS CON NANOCRISTALES DE PLATA DE 70 A 100 PPM, MEDIDA 10X10 CM, MANTENIENDO</b></p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 35 y 35 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
6	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 5	<p>LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MÍNIMO DE 3 DÍAS. YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.</p> <p><b>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</b></p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 4 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p> <p><b>PARA LA PARTIDA 5 EL INSTITUTO REQUIERE CLAVE 379.561.1411.00.01: UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO PARA ABDOMEN ABIERTO, ABTHERA TM SENSA T.R.A.C. TM, CONSTA DE UNA CAPA PROTECTORA VISCERAL (VPL), CAPA DE CONTACTO ELABORADA A BASE DE DOS PELICULAS DE POLIURETANO FENESTRADAS DE MANERA BALANCEADA CON</b></p> <p><b>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</b></p> <p><b>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA:</b></p> <p><b>LA CLAVE 379.328.0433.00.01 ESPONJA ABDOMINAL PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, QUE INCLUYE: DOS BLOQUES DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADO HIDROFÓBICO CON DIMENSIONES DE 43 CM X 30 CM 3 CM QUE INCORPORAN PERFORADA Y PRE-FORMADA PARA FACILITAR LA ADECUACION DEL TAMAÑO, UNA CAPA PROTECTORA DE ORGANOS DE POLIURETANO CON MEDIDA DE 89 CM X 66 CM QUE PROTEGE EL FUNCIONAMIENTO DE ORGANOS ABDOMINALES DE MANERA NORMAL, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION CON MEDIDA DE 69 CM DE LARGO Y CABEZAL DE 15 CM X 10 CM PARA MEJOR FIJACION, CON SEIS PELICULAS TRANSPARENTES DE 20 CM X 30 CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA.PARA SER USADO CON SISTEMA RENASYS EZ</b></p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-0500CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
7	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 6	<p>PLUS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800980. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH Y NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS.</p> <p>YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 5 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p> <p><b>PARA LA PARTIDA 6 EL INSTITUTO REQUIERE CLAVE 379.561.1809.00.01: KIT V.A.C. VERAFLO DRESSING SYSTEM MEDIANO: CONTIENE 2 APOSITOS DE POLIURETANO ESTER RETICULADO MEDIUM, CON POROSIDAD DE 400-600 MICRONES CON MENOR GRADO DE HIDROFOBICIDAD OVALADO DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM</b></p> <p>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, <b>NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA:</b></p> <p><b>LA CLAVE 379.561.1957.00.01</b> PAQUETE MEDIANO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 20CM X 12.5CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION, CON DOS PELICULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800795. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO:</p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establece los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
8	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 7	<p>CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH &amp; NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698.</p> <p><b>CABE ACLARAR QUE HAREMOS LA CONVERSION RESPECTIVA EN CANTIDAD PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 175 PIEZAS YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.</b></p> <p><b>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</b></p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 6 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p> <p><b>PARA LA PARTIDA 7 EL INSTITUTO REQUIERE CLAVE 379.561.1817.00.01: KIT V.A.C. VERAFLO DRESSING SYSTEM CHICO: CONTIENE 2 APOSITO DE POLIURETANO ESTER RETICULADO SMALL CON POROSIDAD DE 400-600 MICRONES CON MENOR GRADO DE HIDROFOBICIDAD OVALADO DE 10 CM DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM</b></p> <p><b>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</b></p> <p><b>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA:</b></p> <p><b>LA CLAVE 379.561.1940.00.01 PAQUETE PEQUEÑO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 10CM X 8CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIACION, CON UNA PELICULA TRANSPARENTE DE 20CM X 30CM CON INDICADORES</b></p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-0500CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
9	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 8	<p>NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800794. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH &amp; NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698.</p> <p><b>CABE ACLARAR QUE HAREMOS LA CONVERSION RESPECTIVA EN CANTIDAD PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: CANTIDAD 130 PIEZAS</b></p> <p>YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 7 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p> <p><b>PARA LA PARTIDA 8 EL INSTITUTO REQUIERE CLAVE 379.561.2963.00.01: APOSITO VERAFLO DRESSING SYSTEM GRANDE: CONTIENE: 1.-DOS APOSITOS DE POLIURETANO ESTER RETICULADO GRANDE, CON POROSIDAD DE 400-600 MICRONES CON MENOR GRADO DE HIDROFOBICIDAD OVALADO DE CORTE ESPIRAL, DE 25 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 1.6 CM</b></p> <p>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, <b>NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA:</b></p> <p><b>LA CLAVE 379.561.1965.00.01</b> PAQUETE GRANDE: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A</p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
10	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 9	<p><b>PREGUNTA:</b></p> <p>600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 25CM X 15CM X 3CM, UNPUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION, CON TRES PELICULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800796. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH &amp; NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698.</p> <p>YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?"</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 8 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p> <p><b>PARA LA PARTIDA 9 EL INSTITUTO SOLICITA CLAVE 379.561.2971.00.01: APOSITO VERAFLIO CLEANSE CHOICE MEDIANO, ESTA COMPUESTO POR TRES CAPAS DIFERENTES: 1.- BLOQUE DE ESPUMA OVALADA CAPA SUPERIOR GRUESA DE 180MM. X 125 MM. X 16 MM. 2.- CAPA SUPERIOR DELGADA 180 MM. X 125MM. X 8 MM.</b></p> <p>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, <b>NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA:</b></p> <p><b>CLAVE 379.698.0039.00.01</b> PIEZA DE MANO DESECHABLE Y ESTÉRIL PARA EQUIPO DE DESBRIDAMIENTO HIDROQUIRURGICO MODELO VERSAJET, PERMITE EL FLUJO DE LIQUIDO CON UNA VELOCIDAD DE 1070 A 1600 KM./HR UTILIZANDO EL EFECTO VENTURI Y PERMITIENDO UN CORTE DE TEJIDO Y SUCCIÓN DEL</p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-0500CYR006-ES45-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
11	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 9	<p>MISMO, INCLUYE MANGUERAS PARA CONEXIÓN A CONSOLA Y PARA DESECHOS. VENTANA DE SALIDA DE 45º DE ANGULO Y 14 MM DE LONGITUD. VERSAJET EXACT. UNA PIEZA. YA QUE ES UNA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE 4TA GENERACIÓN, LA CUAL PERMITE EN EL MISMO ACTO QUIRÚRGICO DESBRIDAR, PREPARAR EL LECHO DE CUALQUIER HERIDA PARA INJERTAR DE FORMA INMEDIATA COLGAJOS, HACER CIERRE DE SEGUNDA INTERNACIÓN O EN SU CASO CONTINUAR CON LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA ACELERAR LA GRANULACIÓN. YA QUE ELIMINA TODO TIPO DE TEJIDOS NO VIABLES.</p> <p>LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCIÓN TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 9 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p> <p>EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE <b>NOS PERMITA OFERTAR, LA CLAVE 379.561.1957.00.01</b> PAQUETE MEDIANO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 20CM X 12.5CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACION, CON DOS PELICULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800795. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH &amp; NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698. <b>MÁS 2 APOSITOS DE TELA NO TEJIDA IMPREGNADO CON UN HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO</b>, COMPOSICION 77.7 AGUA PURIFICADA, 20% PROPILENGLICOL Y 2.3 DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA, MEDIDA 10X10 CM INDICADA PARA USO EXTERNO EN CUALQUIER HERIDA CRÓNICA PARA LA ELIMINACIÓN DEL TEJIDO NECRÓTICO Y ESFACELAR EN HERIDAS SUPERFICIALES, EL BIEN QUE OFERTAMOS TIENE LA MISMA FUNCIÓN TERAPEUTICA EN PRESIÓN NEGATIVA YA QUE AL IGUAL QUE LA ESPONJA REQUERIDA REALIZA UNA DESBRIDACIÓN AUTOLITICA</p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-0500CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 35 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
12	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 10	<p>PROPICIANDO LA ELIMINACIÓN DE TELIDO ESFACELAR DEL LECHO DE LA HERIDA DE MANERA EFICAZ YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.</p> <p><b>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?</b></p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 9 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p> <p><b>PARA LA PARTIDA 10 EL INSTITUTO SOLICITA CLAVE 379.561.2989.00.01: APOSITO DE POLIURETANO GRADO MEDICO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD, COLOR MORADO DE 2.5.4 LARGO X 6.4 ANCHO X 1.8 CM DE GROSOR, CON INDICADOR DE PRESION INTEGRADO, CAPA DE TELA DE POLIESTER DE INTERFAZ CON PLATA IONICA</b></p> <p>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, <b>NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA:CLAVE 379.561.1940.00.01</b> PAQUETE PEQUEÑO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MIGRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 10CM X 8CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIACION, CON UNA PELICULA TRANSPARENTE DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800794. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH &amp; NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698. <b>MÁS 1 APOSITO FLEXIBLE ANTIMICROBIANO IMPREGNADO CON NANOCRISTALES DE PLATA DE 70 A 100 PPM, MEDIDA 10X10</b></p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-0500CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
		<p>CM, MANTENIENDO LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MÍNIMO DE 3 DÍAS. YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? <b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 10 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p>
13	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 11	<p><b>PARA LA PARTIDA 11 EL INSTITUTO SOLICITA LA CLAVE 379.561.3003.00.01: APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 10 CM. DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR. CONTIENE ADEMAS: TRES PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM MAS MENOS 2MM. 32 CM. MAS MENOS 2MM</b></p> <p>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, <b>NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA: LA CLAVE 379.561.1940.00.01</b> PAQUETE PEQUEÑO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 10CM X 8CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE</p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-ES45-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
14	ANEXO 1, REQUERIMIENTO PARTIDA 12	<p><b>PREGUNTA:</b></p> <p>VENTANA PARA FIJACION, CON UNA PELICULA TRANSPARENTE DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800794. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH &amp; NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698. <b>MÁS 1 APOSITO FLEXIBLE ANTIMICROBIANO IMPREGNADO CON NANOCRISTALES DE PLATA</b> DE 70 A 100 PPM, MEDIDA 10X10 CM, MANTENIENDO LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MÍNIMO DE 3 DÍAS.</p> <p>YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 11 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO PARA LA PARTIDA 12 EL INSTITUTO SOLICITA CLAVE 379.561.3011.00.01: APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 18 CM. DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM</b></p> <p>AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE, EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p>



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establece los artículos 33 y 35 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

NO. PREGUNTA	NÚMERO DE REFERENCIA EN BASES	PREGUNTA:
		<p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, <b>NOS PERMITA OFERTAR EN ESTA PARTIDA:</b> <b>LA CLAVE 379.561.1957.00.01</b> PAQUETE MEDIANO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 20CM X 12.5CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FILACION, CON DOS PELICULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800795. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH &amp; NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698. <b>MÁS 2 APOSITO FLEXIBLE ANTIMICROBIANO IMPREGNADO CON NANOCRISTALES DE PLATA</b> DE 70 A 100 PPM, MEDIDA 10X10 CM, MANTENIENDO LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MÍNIMO DE 3 DÍAS.</p> <p>YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCION TERAPEUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA? <b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTE PARA LA PARTIDA 12 POR ASÍ SER REQUERIDOS POR EL INSTITUTO</b></p>

**OBSERVACIONES**

Se hace constar que **NO** se cuenta con la presencia del Representante del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y de Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAE/2029/2022 de fecha del 01 de Diciembre del 2022.-----



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

Se hace constar que **NO** se cuenta con la presencia del Representante de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través oficio No. 229001150100/CAE/2042/2022 de fecha del 01 de Diciembre del 2022.---

Se hace constar que **NO** se cuenta con la presencia del Área Requerente, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAE/2043/2022 de fecha del 01 de Diciembre del 2022.-----

Por lo anterior, se ratifica a todos los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones será el día **12 de Diciembre del 2022** a las **10:00 horas**, a través del portal de Compras Gubernamentales Compranet -----

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.-----

El tiempo que se dispondrá para reformular preguntas a las respuestas otorgadas de la Junta de Aclaraciones será con fundamento en los artículos 33 Bis de la LAASSP y el artículo 46 de su Reglamento, será de 6 horas a partir de la publicación del Acta.-----

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se da por terminado el Acta de la Primera y última Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública No LA-050CYR006-E545-2022, para la **Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupo 379**, para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla, se informa que para obtener una copia de esta acta lo podrá hacer a través del Sistema de Compras Gubernamentales Compranet en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx>.-----



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-0500CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 35 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria .....

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta la cual consta de 22 (Veintidós) páginas, y para dejar constancia de lo actuado y los efectos legales conducentes, la firman al margen y calce, los que en ella intervinieron, siendo las 15:55 horas del día 05 de Diciembre del 2022.....

Por el Instituto

Nombre	Área	Firma
C.P. Isidro Luna Arenas	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Juan Pablo Guevara Aguilar	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
C.P. Martha Vargas González	N-47 Líder de Proyecto	
Sin asistencia	Área Requeriente Jefe de Oficina de Control del Abasto	



Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública No. LA-050CYR006-E545-2022

Acta de Junta de Aclaraciones para la Adquisición de Consumibles para Equipo Médico Grupos 379, que efectúa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla para cubrir necesidades del día siguiente del Fallo al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad a lo que establecen los artículos 35 y 35 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como de los numerales 3.2 y 4 de las Bases de la Convocatoria -----

Nombre	Área	Firma
Sin asistencia	Por la Jefatura de Servicios Jurídicos	Sin asistencia
Sin asistencia	Por el Órgano Interno de Control	Sin asistencia

FIN DEL ACTA