



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50-GYR-050GYR075-T-115-2025

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL HEMODINÁMICA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2025, POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

En la ciudad de Querétaro, Qro., siendo las **10:00** horas del día **13 de agosto de 2025**, fecha y hora establecida para la continuidad del acto de junta de aclaraciones el cual se realiza observando lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de la materia y numeral **3.3** de la convocatoria, a efecto de permitir a los licitantes participantes realizar preguntas a las respuestas dadas por la convocante, en la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA en comento, se reunieron en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en avenida Mezquital no. 6, colonia San Pablo, C. P. 76130, de esta ciudad; los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la continuidad a la Junta de Aclaraciones a la convocatoria a la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA**, indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del reglamento de la Ley, así como del numeral **3.3** de la convocatoria a la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA**. -----

Este acto fue presidido por el **Lic. J Guadalupe Monroy Reséndiz, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, servidor público designado por la convocante, con fundamento en el artículo 5.3.8 inciso B de las Políticas, Bases Y Lineamientos En Materia De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes, a efecto de permitir a los licitantes participantes realizar preguntas a las respuestas dadas por la convocante en la junta del día 12 de agosto de 2025 a las 09: 00 horas. Debiendo presentar el escrito en el que expresen su interés en participar en esta **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA**, a través de La Plataforma Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido en el plazo posteriores a la publicación del acta en La Plataforma Compras MX y hasta la celebración de la presente acta. Con fundamento en el artículo 46 del reglamento de la Ley de la materia y numeral **3.3** de la convocatoria de la licitación. -----

Siendo las 10:00 se verificó en la plataforma Compras MX correspondiente a esta LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR075-T-115-2025, que tuviera como motivo la aclaración de las respuestas ya realizadas. En la cual Existen las siguientes repreguntas parte de los licitantes, dándose contestación a cada una de ellas.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
84727	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	ID 865123 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	EN VIRTUD A SU RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO OCLUSOR DE PCA TIPO COIL. INCLUYE SISTEMA DE LIBERACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL USO DE DISPOSITIVOS DE UN DISCO O DE DOBLE DISCO
84729	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	ID 865115 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE OCLUSOR PARA DEFECTOS SEPTALES, CON MARCO DE NITINOL, CUBIERTO DE ALCOHOL POLIVINÍLICO COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN DE 7 A 14 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
84730	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	ID 865129 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV	EN VIRTUD A SU RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE. A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN PULMONAR MANUAL CALIBRE DE 18 A 22 FR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE PARA EL CASO DE TROMBECTOMIAS PULMONARES CON USO DE BCC CLAVE 60.01.886 Extractor manual de trombos pulmonares 5 Fr a 8Fr de 140 a 150cm de longitud, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL DISPOSITIVO PARA TROMBECTOMIA MECANICA DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA REALIZAR TROMBECTOMIAS PULMONARES, QUE PUEDE EXTRAER TROMBOS DE VASOS MUY GRANDES. QUE INCLUYE CATETER DE GRAN ASPIRACION PARA TROMBECTOMIA MECANICA CON SISTEMA DE FILTRADO Y RECUPERACION SANGUINEA EN MEDIDA 16, 20 Y 24 FR.



84731	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	ID 865131 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV	EN VIRTUD A SU RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO PARA TROMBECTOMÍA MECÁNICA DISEÑADO PARA TROMBECTOMÍAS PULMONARES, QUE INCLUYE CATÉTER DE GRAN ASPIRACIÓN PARA TROMBECTOMÍA MECÁNICA CON SISTEMA DE FILTRADO Y RECUPERACIÓN SANGUÍNEA EN MEDIDA 16, 20 Y 24 FR. YA QUE SON LOS CALIBRES DISPONIBLES EN EL MERCADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SE REQUIERE PARA EL CASO DE TROMBECTOMIAS PULMONARES CON USO DE BCC CLAVE 60.01.886 Extractor manual de trombos pulmonares 5 Fr a 8Fr de 140 a 150cm de longitud, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL DISPOSITIVO PARA TROMBECTOMIA MECANICA DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA REALIZAR TROMBECTOMIAS PULMONARES, QUE PUEDE EXTRAER TROMBOS DE VASOS MUY GRANDES. QUE INCLUYE CATETER DE GRAN ASPIRACION PARA TROMBECTOMIA MECANICA CON SISTEMA DE FILTRADO Y RECUPERACION SANGUINEA EN MEDIDA 16, 20 Y 24 FR.
84732	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	ID 865131 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV	EN VIRTUD A SU RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRAVASCULAR HD 60 MHZ COMPATIBLE CON EL INSUMO 60.01.839, ASEGURANDO LA MÁXIMA COMPATIBILIDAD Y LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	SE ADVIERTIENE QUE LA PREGUNTA 865139 HACE REFERENCIA A ULTRASONIDO CORONARIO. EN ESE CONTEXTO, SE ACEPTA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
84733	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	ID 865081 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE ALGUNOS PROVEEDORES OMITEN EL ENVIO DE LOS REGISTROS SANITARIOS CON EL REVERSO O NO NOS PROPORCIONAN ESA INFORMACIÓN YA QUE A ELLOS TAMPOCO SE LAS PROPORCIONAN POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAR PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLO CON EL ANVERSO YA QUE ESTO NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
84734	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	ID 865237 DEL LICITANTE BIOSCIENTIA DISTRIBUIDORA SA DE CV	EN VIRTUD DE LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE BIOSCIENTIA DISTRIBUIDORA SA DE CV, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA ESTE NUMERAL UN ESCRITO EN EL CUAL ENUNCIAMOS QUE MI REPRESENTADA NO LE APLICA ESTE PUNTO YA QUE NO PARTICIPA DE MANERA CONJUNTA Y ADICIONAL PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ELISTADOS EN EL FORMATO NO. 9 RELACION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE MI REPRESENTADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE DEBERÁ INCLUIR, COMO PARTE DE SU PROPUESTA LEGAL PARA ESTA CONVOCATORIA, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 4.1.9 Y SUS SUBNUMERALES, DEL O LOS LICITANTES. PARA EL CASO DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, SOLICITADO COMO NUMERAL 4.1.6, EN CASO DE QUE NO LE APLIQUE EL PRESENTE NUMERAL, DEBERÁ ENVIAR EL RESPECTIVO ESCRITO CON LA LEYENDA "NO APLICA".
84735	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	ID 865099 DEL LICITANTE BIOSCIENTIA DISTRIBUIDORA SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA EL BCC 60.01.841 SE REQUIERE CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PARA ELECTROFISIOLOGÍA TIPO SENO CORONARIO O UN CATÉTER PARA LA COLOCACIÓN DE ELECTRODO PARA RESINCRONIZACIÓN, YA QUE EL SERVICIO PARA HERI SOLICITADO NO INCLUYE EN SU REQUERIMIENTO SISTEMAS DE RESINCRONIZACIÓN IMPLANTABLES. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE ES CATETER PARA SENO CORONARIO

Se les comunica a los licitantes la calendarización de los siguientes eventos de este procedimiento de contratación:





EVENTOS	FECHA	HORA	LUGAR
Visitas a las instalaciones Institucionales del IMSS	-----	-----	Para el presente procedimiento, en caso de que los licitantes opten o no por realizar visita a las unidades médicas del Instituto que participen en el presente Servicio Médico Integral Hemodinámica y Radiología Intervencionista 2025, se realizará de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.2.10 de los Términos y condiciones de esta convocatoria
Presentación y Apertura de Propuestas	20/agosto/2025	09:00 a.m.	A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) Sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro.
Fallo	25/agosto/2025	03:00 p.m.	A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) Sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 44 de la Ley y 49 segundo párrafo de su Reglamento, la presente acta se pone a disposición de los licitantes en la dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Av. Mezquital No. 6, Colonia San Pablo, C. P. 76130, de esta Ciudad; en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la Plataforma Integral Compras MX, este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las 11:30 del mismo día, mes y año.

Esta Acta consta de 4 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

POR EL ÁREA CONVOCANTE:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. J Guadalupe Monroy Reséndiz	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Mtro. Jonathan Sánchez Martínez	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Alpheratz Cristobal Aurelio Rodriguez Garcia	Analista Supervisor E2	

POR EL ÁREA REQUIRENTE Y ÁREA TÉCNICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Dr. Sergio Javier Monroy Amaro	Coordinador Auxiliar de Gestión Médica	

Esta hoja forma parte integrante del acta de Junta de Aclaraciones celebrada el día 13 de agosto de 2025 de la Licitación Pública No. IA-50-GYR-050GYR075-T-115-2025



