



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA
NUMERO LA-50-GYR-050GYR075-I-131-2024
MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS

En la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo las 10:00 (diez horas), del día 13 (trece) del mes de Septiembre del 2024 (dos mil veinticuatro), fecha y hora establecida, se reunieron en la sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en avenida mezquital no. 6, colonia San Pablo, c. P. 76130, de esta ciudad; los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria, indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, 45 y 46 del reglamento de la ley, así como del numeral 4 de la convocatoria a la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA.

Este acto fue presidido por el L.A. J. Guadalupe Monroy Resendiz, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios, servidor público designado por la convocante, Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro. Con fundamento en el artículo 5.3.8 inciso B de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto mexicano del seguro social; declara formalmente iniciado este acto quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación Pública Internacional Abierta Número LA-50-GYR-050GYR075-I-131-2024 para la contratación del MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El presidente fue asistido por el Dr. Mario David Hernández Díaz, Jefe de Cirugía HGR No. 1, la Dra. Carmen Dalia Jimenez Ramos, Jefa de Cirugía del HGZ No. 3 y el Dr. Juan Manuel Tabares Juarez, Jefe de Traumatología y Ortopedia del HGR No. 2, quienes son designados como representantes de área técnica para la presente Licitación Pública, y quienes atienden las preguntas de carácter técnico, y el L.A. J. Guadalupe Monroy Resendiz, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios y el Mtro. Jonathan Sánchez Martínez, Jefe, para atender las preguntas de carácter legal en este proceso de Licitación Pública Internacional Abierta Número LA-50-GYR-050GYR075-I-131-2024 para la contratación del MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, las cuales se transcriben íntegramente con el nombre del proveedor que la formula y su respectiva respuesta, anexándose al expediente, los formatos entregados por los licitantes que contienen éstas.

La Lic. Maribel Alvarado Zuñiga, Supervisor de Proyecto E2, está facultado mediante memorándum número 2390201100100/CA/517/2021, emitido por el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento, delegación Querétaro.

Se encuentra el administrador del contrato el Dr. Luis Manuel Elías Ramirez, Coordinación de Prevención y Atención a la Salud. Lo anterior, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público, y al numeral 4.32 de Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios.

De igual forma se encuentra presente la Lic. Lic. Diana Indira Hermida Romero, Representante del Órgano Interno de Control Específico, OOAD Querétaro. Lo anterior, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público, y al numeral 4.32 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios.

El Presidente dio inicio al acto, señalando que se recibieron 30 (treinta) solicitudes de aclaración a la convocatoria presentadas en tiempo y forma y acompañadas por el escrito de interés en participar de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, de los siguientes 04 (CUATRO) licitantes:

Table with 3 columns: NO., LICITANTE, NO. PREGUNTAS. Row 1: 1, BIODIST, S.A. DE C.V., 7

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Table with 3 columns: ID, Company Name, and Count. Rows include CEORT S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GUDE, S.A. DE C.V., and HUMAN TECH SMART GERMAN SOLUTIONS, S. D ERL. DE C.V.

Se anexa la pantalla de CompraNet:

Screenshot of the CompraNet website showing 'Solicitudes de aclaración' section. Includes a table of companies that have expressed interest in participating, with columns for company name, clarification date, and interest expression date.

En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 4 de las bases, se procedió a realizar la junta de aclaraciones dándose lectura a todas y cada una de las preguntas, con su respectiva respuesta.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten initials and marks on the right side of the page



Las preguntas de los licitantes, que fueron descargados de la plataforma de CompraNet, se transcriben íntegramente, anexándose al expediente los formatos.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
639724	HUMAN TECH SMART GERMAN SOLUTIONS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2. DESCRIPCIÓN. UNIDAD Y CANTIDAD. PÁG. 8 PÁRRAFO 7	SOLICITAN PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE FECHA DE DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL PRESENTADO A MUESTRA.	SE LE COMUNICA QUE SERIA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024
639725	CEORT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	APARTADO 5 REQUISITOS QUIENES DESEAN PARTICIPAR EN LA LICITA	LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR SU PROPOSICIÓN DEBIDAMENTE FOLIADA. CONSIDERANDO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUELLOS DISTINTOS A ESTA. EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LO INTEGREN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE LA OMISIÓN DE FOLIAR LA PRESENTE LICITACIÓN NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. NO VA SER MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO FOLIADA DE LA PROPUESTA TECNICA.
639727	HUMAN TECH SMART GERMAN SOLUTIONS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2. DESCRIPCIÓN.UNID AD Y CANTIDAD. PÁG.9 PÁRRAFO 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR SISTEMA.	LA ADJUDICACION DE CONTRATOS SERA POR AGRUPAMIENT O (SIENDO UN TOTAL DE 8 AGRUPAMIENT OS) 1) 1, 2 2) 5, 8 3) 9,10,14,16,17 4) 7, 25,26,27,28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57,63, 64, 70, 71,72,73,74





Table with 6 columns: ID, Company Name, Sector, Question, Answer, and Evaluation. Row 1: ID 639729, CEORT SA DE CV, LEGAL - ADMINISTRATIVA, Question about event dates, Answer: EN EL CASO DE QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE POSTERGUE... Evaluation: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. Row 2: ID 639730, CEORT SA DE CV, LEGAL - ADMINISTRATIVA, Question about fiscal obligations, Answer: DE LA "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EMITIDO POR EL S.A.T. Y LA "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL" EMITIDO POR EL IMSS... Evaluation: EN EL CASO DE LAS OPINIONES DE SAT, IMSS E INFONAVIT, ESTAS DEBERAN SER EMITIDAS CINCO DIAS ANTES DE LA APERTURA DE PROPUESTAS A MAS TARDAR.

Handwritten signature

Handwritten mark



Handwritten signatures and initials



				<p>MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL GOZARÁ DE VIGENCIA DURANTE EL DÍA DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO GENERADA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA DE CONFORMIDAD A LA VIGENCIA SEÑALADA EN EL ACUERDO INDICADO EN SUPRALÍNEAS. SOLICITANDO LA VIGENCIA DE TRES DÍAS HÁBILES ANTES A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. DEBIDO A QUE SI SE DESCARGA EL MISMO DÍA DE LA APERTURA, SE CORRE EL RIESGO DE NO PODER CARGAR NUESTRA PROPUESTA A TIEMPO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
639732	HUMAN TECH SMART GERMAN SOLUTIONS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	<p>EN CASO DE QUE EL SISTEMA QUE OFERTE MI REPRESENTADA NO REQUIERA ALGUNA PARTIDA QUE SE ENCUENTRA EN LA AGRUPACIÓN DE ASIGNACIÓN, PUEDO PRESENTAR MI OFERTA CON LA LEYENDA "MI SISTEMA NO LO REQUIERE"</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION, ADEMAS DEBERA INCLUIR LA LEYENDA " EL SISTEMA NO LO REQUIERE</p>
639745	CEORT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	<p>PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES PÁGINA 15</p>	<p>REGISTRO SANITARIO ANVERSO Y REVERSO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE OFERTADA, ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, QUE ACREDITE FEHACIEMENTE QUE EL</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES</p>

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]




[Handwritten mark]



Table with 6 columns and 3 rows. Row 1: Empty cells. Row 2: 639746, HUMAN TECH SMART GERMAN SOLUTIONS S DE RL DE CV, LEGAL - ADMINISTRATIVA, 2. DESCRIPCIÓN. UNIDAD Y CANTIDAD PÁG. 10 PÁRRAFO 10, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SERÁ NECESARIO PRESENTAR DOTACIÓN INICIAL Y SI ES EL CASO INICARNOS LA CANTIDAD A ENTREGAR DE LOS SISTEMAS ADJUDICADOS., SE LE INFORMARA AL LICITANTE ADJUDICADO. POR MEDIO ELECTRONICO LA DOTACION INICIAL EN CASO DE REQUERISE. Row 3: 639747, CEORT SA DE CV, LEGAL - ADMINISTRATIVA, DOCUMENTO XXIV., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE QUE, POR LA CANTIDAD DE PREGUNTAS QUE SE PUEDAN REALIZAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y POR ESE MOTIVO CAMBIE LA FECHA DE APERTURA. NOS, SE ACEPTA SU PROPUESTA. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signatures and initials




				PERMITA PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA CON LA FECHA ORIGINAL ESTABLECIDA EN LAS BASES ¿SE ACEPTA?	
639748	HUMAN TECH SMART GERMAN SOLUTIONS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2. DESCRIPCIÓN. UNIDAD Y CANTIDAD. PÁGINA 10 PÁRRAFO 11	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTOS EQUIPOS SE QUEDARÁN EN CONSIGNA Y CUANTOS POR UNIDAD MÉDICA.	SE LE INFORMA QUE LOS SETS DE COLOCACION NO SE QUEDAN EN CONSIGNACION. TODA VEZ QUE LAS UNIDADES NO TIENE EN DONDE RESGUARDARLOS.
639753	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	2.1. CALIDAD.	ESTIMADA CONVOCANTE POR LA NATURALEZA DEL MATERIAL, ASÍ COMO EL CUIDADO DE LA PROCEDENCIA Y MANEJO DE LOS BIENES SE DEBE ENTENDER QUE SERÁ OBLIGATORIO PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016. DEL LICITANTE CON ALCANCE DE ORTOPEDIA Y OSTEOSÍNTESIS. TODA VEZ QUE SE HACE CONSTAR DE LA EXPERIENCIA DE LA ESPECIALIDAD SOLICITADA DEL PRESENTE EVENTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
639764	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD ORA GUDE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	3.- SI ES CORRECTA LA APRECIACIÓN ANTERIOR; ¿LA AUTOCLAVE DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN POR UN TERCERO AUTORIZADO, PARA ASÍ DEMOSTRAR QUE LA AUTOCLAVE FUNCIONA CON UN BUEN ESTÁNDAR DE CALIDAD Y QUE DEBERÁ PRESENTAR DICHA EVIDENCIA EN SU PROPUESTA LEGAL (TÉCNICA)-ECONÓMICA	HAY MEDIOS EXTERNOS PARA VERIFICAR LA ESTERILIZACION COMO LOS TESTIGOS (CINTAS) QUE INCLUYAN FECHA Y EL MEDIO POR EL CUAL SE REALIZO EL ESTERIZADO.






				BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD?	
639765	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GUDE SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO 9	7.- SI NUESTRO SISTEMA NO REQUIERE ALGUNA CLAVE, SE PUEDE COTIZAR EN \$ 0.00 Y PONER LA LEYENDA, "NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE"	ES CORRECTA SU APRECIACION, ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA " EL SISTEMA NO LO REQUIERE
639766	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GUDE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 NUMERAL C	9.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR EL NÚMERO DE TELÉFONO FIJO EN CASO DE QUE NUESTRO PERSONAL NO CUENTE CON ÉL. PUES DICHAS LÍNEAS ESTÁN EN DESUSO ENTRE PARTICULARES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?1. REGISTRO Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS."A. EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR UN REGISTRO SEMANAL IMPRESO Y ELECTRÓNICO SOBRE, EL NÚMERO Y TIPO DE CIRUGÍAS REALIZADAS DE ACUERDO A ESTE ANEXO, INDICANDO FECHA DE REALIZACIÓN, UNIDAD, NOMBRE DEL PACIENTE, NUMERO DE AFILIACIÓN, PROCEDIMIENTO REALIZADO, INSUMOS UTILIZADOS, COSTO UNITARIO CON I.V.A. Y TOTAL, Y MÉDICO ESPECIALISTA SOLICITANTE EL CUAL SERÁ ENTREGADO A LA SUBDIRECCIÓN MEDICA Y/O SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CADA UNIDAD, EN TÉRMINOS DEL ANEXO 31 (TRECE)."	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
639767	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GUDE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3 MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACION.	11.- ¿SERÁ ELECTRÓNICA? (SOLICITAN REGISTRO IMPRESO)	ES CORRECTA SU APRECIACION, EL MEDIO QUE SE UTILIZARA ES"





					ELECTRONICO
639768	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD ORA GUDE SA DE CV	TÉCNICO	2.1 CALIDAD	12- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE NO SERÁ NECESARIO PRESENTA LOS REGISTROS SANITARIOS DEL INSTRUMENTAL. "CATALOGO Y/O MANUAL DE OPERACIÓN COMPLETO. EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, EN FORMATO PDF E IMPRESOS. DE LOS BIENES DE CONSUMO PROPUESTOS, LEGIBLES, QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O ACOMPAÑADOS DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. LA QUE PODRÁ SER PARCIAL, ES DECIR, ÚNICAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES. NO SE ACEPTARÁN CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO ESCRITAS A MANO Y/O EN FOTOGRAFÍA, DEBERÁN ESTAR BIEN REFERENCIADAS CONFORME A LA PROPUESTA TÉCNICA. NO SE REALIZARÁ EVALUACIÓN DE CATÁLOGOS NO REFERENCIADOS."	ES CORRECTA SU APRECIACION. NO SON NECESARIOS EL REGISTRO SANITARIOS DEL INSTRUMENTAL
639774	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1 / SISTEMA 52	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTES NOS CONFIRME QUE LA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA EN PASTA PARA APLICACIÓN CON O SIN JERINGA, 10 ML. DEBERÁ SER DERIVADO DE TEJIDO ÓSEO HUMANO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
639775	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO 1 / SISTEMA 19	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTES NOS CONFIRME QUE EL SUSTITUTO DE HUESO. HIDROXIAPATITA POROSA O FOSFATO TRICÁLCICO. FRASCO CON 2.23 G. (2.0 CENTÍMETROS CÚBICOS) O PRESENTACIÓN	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. YA QUE PUEDE SER DERIVADO DE BOVINO. ANORGANICA O LIBRE DE MATERIA





				EQUIVALENTE, DEBERÁ SER DERIVADO DE TEJIDO ÓSEO HUMANO ¿ES CORRECTO?	ORGANICA
639776	BIODIST S.A. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6. DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR	INCISOS H) Y I) ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA AQUELLOS INCISOS QUE NO LE APLIQUEN A MI REPRESENTADA, BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO DE NO APLICA, ESTO SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
639777	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	6. DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR	INCISO L) DEBIDO A LA NATURALEZA DE ALGUNOS BIENES NO LES SON APLICABLES EL NUMERAL DE REFERENCIA, TODA VEZ QUE NO SON CONSIDERADOS COMO INSTRUMENTALES, POR LO QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO LO ANTERIOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
639778	BIODIST S.A. DE C.V.	TÉCNICO	2. DESCRIPCION. UNIDAD Y CANTIDAD C) CAPACITACION	DEBIDO A LA NATURALEZA DE ALGUNOS BIENES NO LES SON APLICABLES EL NUMERAL DE REFERENCIA, TODA VEZ QUE NO SON CONSIDERADOS COMO INSTRUMENTALES, POR LO QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO LO ANTERIOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten marks)



Table with 6 columns: ID, Company Name, Role, Conditions, Response, and Appreciation. Rows include entries for BIODIST S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GUDE SA DE CV, and DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GUDE SA DE CV.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signature in the center of the page.



Handwritten mark or signature on the far right.



639782	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD ORA GUDE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1	4.- EN RELACIÓN AL ANEXO 1, REFERENTE A LOS SISTEMAS 1 Y 2 CLAVE 060.230.0162 SUPONEMOS QUE NO ES NECESARIO LLEVAR ATROSCOPIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
639783	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD ORA GUDE SA DE CV	TÉCNICO	6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS	5.- EN RELACIÓN AL NUMERAL 6.2.1 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL INSTRUMENTAL PRESENTADO JUNTO CON LAS MUESTRAS, NOS SEA REGRESADO EL MISMO DÍA (DE PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS), UNA VEZ QUE ÉSTE SEA EXAMINADO. LO ANTERIOR SE FUNDAMENTA EN LA NECESIDAD DE DISPONER DE LOS INSTRUMENTALES PARA OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SOLAMENTE SE QUEDARA A RESGUARDO LOS IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS, EL EQUIPO DE APOYO, PIEZAS MANUALES E INSTRUMENTAL REQUERIDO PARA SU COLOCACION SERA DEVUELTO AL TERMINAR LA PRESENTACION Y RECEPCION DE MUESTRAS
639784	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD ORA GUDE SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO 9	6.- ¿EL PROVEEDOR ASIGNADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ AQUEL QUE OFERTE EL MENOR PRECIO DEL AGRUPAMIENTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)





Table with 5 columns. Column 1: 639785. Column 2: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CUDE SA DE CV. Column 3: LEGAL - ADMINISTRATIVA. Column 4: ANEXO 1 NUMERAL C. Column 5: 1.CONDICIONES GENERALES MINIMAS OSTEOSINTESIS SERVICIOS... ES CORRECTA SU APRECIACION.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom center.



Handwritten mark or signature at the bottom right.



Table with 5 columns and 2 rows. Row 1: Empty cells for the first three columns, followed by a long text block in the fourth column, and an empty fifth column. Row 2: '639786' in the first column, 'DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GUDE SA DE CV' in the second, 'LEGAL - ADMINISTRATIVA' in the third, 'ANEXO 1' in the fourth, and a long text block in the fifth. To the right of the table, there are handwritten signatures and a circular stamp.

Handwritten signatures and a circular stamp at the bottom of the page.



Table with 6 columns: NO., DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GUDE SA DE CV, LEGAL - ADMINISTRATIVA, ANEXO 1, NUESTRA PROPUESTA?, SE ACEPTA SU PROPUESTA...

Se hace la mención que los siguientes licitantes presentaron el interés en participar, anexando al expediente su escrito. De conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, de los siguientes licitantes:

Table with 2 columns: NO., LICITANTE. Row 1: 1, DISTRIBUIDORA MEDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de 6 (seis) horas, por única vez, posteriores a la publicación de esta acta en la plataforma de CompraNet, para efecto de formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas en esta junta de aclaraciones.

En virtud del plazo antes señalado, se suspende esta junta de aclaraciones, siendo las 10:10 (diez horas con treinta minutos) del día 13 (trece) de Septiembre de 2024 (dos mil veinticuatro), misma que se retomara las 16:20 (dieciséis horas con veinte minutos), del día 13 (trece) de Septiembre de 2024 (dos mil veinticuatro).

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Avenida Mezquital No. 6, Colonia San Pablo, C. P. 76130, de esta Ciudad; en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

De conformidad con el Artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación Pública Internacional Abierta Número LA-50-GYR-050GYR075-I-131-2024 para la contratación del servicio "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS".

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Av. Mezquital No. 6, Colonia San Pablo, C. P. 76130, de esta Ciudad; en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la plataforma de CompraNet, este procedimiento sustituye a la notificación personal.-----

Esta Acta consta de 16 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.-----

**POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA, INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL ESTATAL EN QUERÉTARO**

POR EL AREA CONVOCANTE:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
L.A. J. Guadalupe Monroy Resendiz	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios	
Mtro. Jonathan Sanchez Martínez,	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Maribel Alvarado Zúñiga	Supervisor de proyecto E2	

POR EL DESIGNADO COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Dr. Luis Manuel Elías Ramirez	Coordinación de Prevención y Atención a la Salud	

POR EL AREA TÉCNICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Dr. Mario David Hernández Díaz	Jefe de Servicios de Traumatología del HGR No. 1	
Dr. Juan Manuel Tabares Juarez	Jefatura de Traumatología HGR No.2	
Dra. Carmen Dalia Jimenez Ramos	Jefa de Cirugía del HGZ No. 3	

POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL ESPECIFICO DE LA O.O.A.D. QUERETARO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Diana Indira Hermida Romero	Representante del Órgano Interno de Control Específico, en el OOAD Querétaro.	

Esta hoja forma parte integrante del acta de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Número LA-50-GYR-050GYR075-I-131-2024 para la contratación del servicio " MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS"-----

