



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES (CIERRE)
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50-GYR-050GYR075-T-136-2025
"ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA "

En la ciudad de Querétaro, Qro., siendo las **10:00** horas del 06 de octubre de 2025 , fecha y hora establecida para la continuidad del acto de junta de aclaraciones y derivado de la plataforma compras MX la cual se realiza observando lo dispuesto en el artículo 46 del RLAASSP y numeral 3.3 de la convocatoria, a efecto de permitir a los licitantes participantes realizar repreguntas a las respuestas dadas por la convocante, en la presente licitación, se reunieron en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Avenida Mezquital No. 6, colonia San Pablo, C. P. 76130, de esta ciudad; los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación pública, indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del RLAASSP, así como del numeral 3.3 de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el **Lic. J Guadalupe Monroy Reséndiz, Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, y comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de los licitantes que presentaron en tiempo y forma el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación pública, a través de Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3 de la convocatoria.

Los presentes, **Ing. Eduardo Alan Díaz Estrada, Coordinador de Ingeniería Biomédica** quien funge como área técnica facultada mediante los numerales 4.24.7, 4.25 inciso e) y 5.3.9 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, para atender preguntas de carácter técnico, y **la Mtra. Maria el Rocío Castro Millan, Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, facultados mediante el numeral 5.3.10 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, para atender las preguntas de carácter legal y económico en este proceso de Licitación Pública No. **LA-50-GYR-050GYR075-T-136-2025**

Se señaló que se recibieron repreguntas respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración a la convocatoria, se anexa la captura de la pantalla de Compras MX.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
91998	DISTRIBUIDORA MEDICA RED PANDA SA DE CV	4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL EQUIPO EN COMODATO PUEDE SER DE PAÍSES SIN TRATADO COMERCIAL CON MÉXICO, DADO QUE SERÁ UN PRÉSTAMO Y NO UNA COMPRA	NO SE DA RESPUESTA A SU PREGUNTA, TODA VEZ QUE LA REFERENCIA PARA DAR RESPUESTA A LA PREGUNTA QUE EL PARTICIPANTE INDICA COMO "4" NO EXISTE EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES.
92172	BIOHEALTH SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S A P I DE CV	RESPUESTA 927646	CON BASE EN SU RESPUESTA ES CORRECTO ENTENDER QUE LO QUE REQUIEREN ES: UN ADAPTADOR DE VÍAS RESPIRATORIAS, CON UNA LÍNEA DE OXÍGENO CON LUMEN DE ESTRELLA DE MINIMO 2 METROS, ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE DEBERÁ DE APEGARSE CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE SOLICITADA, SE REITERA AL PARTICIPANTE QUE SE SOLICITA JUEGO DE ADAPTADOR PARA VÍAS RESPIRATORIAS PARA USO CORTO PLAZO PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS INTUBADOS EN APLICACIÓN DE BAJA HUMEDAD, SECCION SIN HUMEDAD CON FILTRO DE BACTERIAS HIDROFÓBICO, TUBO DE LUMEN ESTRELLADO, PARA ABASTECIMIENTO DE OXIGENO, LONGITUD DE 2 MTROS, SIN LATEX DE CAUCHO NATURAL. CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATÁLOGO 3814. PARA SU USO CON EL EQUIPO: ANESTESIA





ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
				INTERMEDIA, UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0372. MARCA: PENLON. MODELO: PRIMA 320/PRIMA 320 ADVANCE/PRIMA 460/PRIMA 465
92173	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PRECISIÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO TÉCNICO, CÉDULA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES 16398. DERIVADO A QUE EN LA SUBPARTIDA NO. 7 LA CONVOCANTE SOLICITA JUEGO DE ADAPTADOR PARA VÍAS AÉREAS PARA CAPNOGRAFÍA. ENTENDEMOS QUE ADICIONAL EN LA CÉDULA DE MONITOR ADJUNTA DEBERÁ DE OFERTARSE LA CARACTERÍSTICA DE MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA Y COMO ACCESORIO EL MÓDULO DE CAPNOGRAFÍA EN EL EQUIPO OFERTADO, EL CUAL DEBERÁ DE SER PARA USO Y COMPATIBLE CON EL CONSUMIBLE SOLICITADO EN LA SUBPARTIDA NO. 7, LO ANTERIOR PARA QUE PUEDA SER EMPLEADO EN EL EQUIPO EN COMODATO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
92174	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PRECISIÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO TÉCNICO, CÉDULA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES 16398. DERIVADO A QUE EN LA SUBPARTIDA NO. 8 LA CONVOCANTE SOLICITA TRANSDUCTOR PARA PRESIÓN INVASIVA DESECHABLE. ENTENDEMOS QUE ADICIONAL EN LA CÉDULA DE MONITOR ADJUNTA DEBERÁ DE OFERTARSE LA CARACTERÍSTICA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA Y COMO ACCESORIO EL MÓDULO DE PRESIÓN INVASIVA Y CABLES Y SENSORES REQUERIDOS PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA EN EL EQUIPO OFERTADO, EL CUAL DEBERÁ DE SER PARA USO Y COMPATIBLE CON EL CONSUMIBLE SOLICITADO EN LA SUBPARTIDA NO. 8, LO ANTERIOR PARA QUE PUEDA SER EMPLEADO EN EL EQUIPO EN COMODATO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
92175	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE LA PRECISIÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO TÉCNICO, CÉDULA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES 16398. DERIVADO A QUE EN LA SUBPARTIDA NO. 9 LA CONVOCANTE SOLICITA SENSOR DESECHABLE PARA MONITOREO DE PROFUNDIDAD ANESTÉSICA O HIPNÓTICA PARA USO CON EL EQUIPO CLAVE, ENTENDEMOS QUE DEBERÁ DE OFERTARSE UN EQUIPO EN COMODATO Y SUS ACCESORIOS ADICIONAL AL SOLICITADO PARA LA MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD ANESTÉSICA PARA USO CON EL CONSUMIBLE SOLICITADO CLAVE 379.808.8344.00.00 CON EL CUAL DEBERÁ DE COMPROBARSE LA COMPATIBILIDAD, LO ANTERIOR PARA QUE PUEDA SER EMPLEADO EN EL EQUIPO EN COMODATO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



Se informa la calendarización de los siguientes eventos:

EVENTOS	FECHA	HORA	LUGAR
Presentación y Apertura de Propuestas	13 /OCTUBRE/2025	11:00 a.m.	A través de Compras MX en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Av. Mezquital No. 6, Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro.
Fallo	17 /OCTUBRE/2025	04:00 p.m.	

El horario que regirá a los diferentes actos del procedimiento de la Licitación Pública será de conformidad con la zona horaria de la Ciudad de México GMT-5.

En este acto el **Lic. J Guadalupe Monroy Reséndiz, Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto de junta de aclaraciones, siendo las 11:00 del 06 de octubre de 2025 (dos mil veinticinco).

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 43 de la LAASSP, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación pública.

La presente acta estará disponible en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx//> este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Esta acta consta de 2 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

POR EL ÁREA CONVOCANTE:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Mtro. Jonathan Sánchez Martínez	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Mtra. Maria del Rocio Castro Millán	Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	

Esta hoja forma parte integrante del acta de Junta de Aclaraciones celebrada el día 06 de octubre de 2025 de la LICITACION PÚBLICA BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR075-T-136-2025, ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA.



