



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.**

EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **02 DE ABRIL DE 2024**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, UBICADA EN CIRCUITO DE LOS CONVENTOS 107, 109 Y 111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, CP. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024**, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 **FRACCIÓN II**, 29, 33, 33 BIS, 37 BIS, 47, 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 40, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL **NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA **MTRA. MARISOL MIER CASTILLO**, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA POR LA CONVOCANTE **DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ** COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 5.3.8 INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE OFICIO NÚMERO 259001710100/**4074505**, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY**, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS **SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN** A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

**DESARROLLO DEL EVENTO:**

EL PRESIDENTE DEL ACTO, ES ASISTIDO POR EL REPRESENTANTE DEL ÁREA CONTRATANTE EL **C.P. ARTURO JONATAN ROSTRO LICEA**, QUIEN DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO; EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LA **JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS**, QUIEN DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO, SE PRESENTA, LA **I.B. DANIELA CASTRO RIOS**, POR PARTE DEL **ÁREA JURÍDICA NO SE PRESENTA**, QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/**0367/2024** Y EL REPRESENTANTE DEL **ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES NO SE PRESENTA**, QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/**0368/2024**.

EL PRESIDENTE DEL ACTO DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALANDO QUE EL **11 DE MARZO DE 2024 SÍ SE RECIBIERON PREGUNTAS** EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY, SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y ESCRITOS DE INTERES EN PARTICIPAR A TRAVES DE COMPRANET, DEL CUAL SE AGREGA REPORTE DEL SISTEMA COMPRANET EN EL **ANEXO 1 (UNO)**.

No.	LICITANTES REGISTRADOS	ESCRITO DE INTERES	PREGUNTAS
1	ENCORE HEALTH S A P I DE CV	NO	00
2	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SI	32
3	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	NO	00
4	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	SI	40
5	POLAR HOSPITALARIA SA DE CV	NO	00
6	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SI	25
7	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	SI	06
<b>TOTAL DE PREGUNTAS RECIBIDAS</b>			<b>103</b>

HECHO QUE SE HIZO CONSTAR EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO.

SIENDO LAS **18:00 HORAS Y A PETICIÓN DEL ÁREA TÉCNICA** SE DETERMINA **SUSPENDER** EL EVENTO DE LA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEBIDO AL NÚMERO DE REPLANTEAMIENTO PRESENTADOS, PARA REANUDARSE EL **MIÉRCOLES 03 DE ABRIL EN PUNTO DE LAS 14:00 HORAS**.





**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.**

SIENDO LAS **14:00 HORAS DEL 03 DE ABRIL DE 2024 SE REANUDA LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS**, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN RAZON DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASI COMO LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE Y AREA TECNICA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
526022	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.7. FORMA DE ADJUDICACIÓN Y ANEXO 02 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" INCISO B)	SOLICITAN TIEMPO DE ENTREGA DE 60 DÍAS NATURALES, SIN EMBARGO ESTE TIPO NO SON PRODUCIDOS EN EL PAÍS Y TODAS LAS EMPRESAS OFERTAREMOS EQUIPOS DE IMPORTACIÓN, Y NO SON EQUIPOS QUE SE TENGAN EN STOCK POR PARTE DEL FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, ESTE PLAZO DE ENTREGA SEA AMPLIADO AL MENOS A 120 DÍAS NATURALES, ¿ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	NO SE ACEPTA
526023	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1.4. DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA.	INCISO M) CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. DICE: "(IMSS); "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO POSITIVA Y VIGENTE DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL" EXPEDIDA POR EL IMSS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN A NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN".. DEBIDO A QUE LA VIGENCIA DE ESTE DOCUMENTO ES ÚNICAMENTE DEL DÍA EN QUE SE EXPIDE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTE DICHA OPINION CON LA FECHA DEL DÍA EN QUE SE SUBA NUESTRA PROPUESTA A LA PLATAFORMA. ¿ACEPTAN NUESTRA SOLICITUD? FAVOR DE ACLARAR	LA OPINION IMSS TIENE VIGENCIA DE 15 DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO ACDO. AS2. HCT. 250423/106.P.DIR
526024	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. SUB PUNTO: RUBRO: C.	SUBRUBRO: C1. EXPERIENCIA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS ACEPTEN COPIAS SIMPLES DE CONTRATOS DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA (COMO LO SON EQUIPOS DE TOMOGRAFIA, MRI, RX), PARA DEMOSTRAR Y DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA
526025	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. SUB PUNTO: RUBRO: C.	SUBRUBRO: C2. ESPECIALIDAD. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS ACEPTEN COPIAS SIMPLES DE CONTRATOS DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA (COMO LO SON EQUIPOS DE TOMOGRAFIA, MRI, RX), PARA DEMOSTRAR Y DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA
526026	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. SUB PUNTO: RUBRO: D.	SUBRUBRO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS ACEPTEN COPIAS SIMPLES DE CONTRATOS DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA (COMO LO SON EQUIPOS DE TOMOGRAFIA, MRI, RX), PARA DEMOSTRAR Y DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA
526027	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES.	DICE: "LAS VISITAS A INSTALACIONES INSTITUCIONALES SOLO PODRÁN SER EFECTUADAS EN EL LAPSO ENTRE EL DÍA HÁBIL POSTERIOR AL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA DOS DÍAS HÁBILES PARA EL INSTITUTO PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES..." SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA REALIZAR LA VISITA DESDE EL MOMENTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES Y NO NECESARIAMENTE HASTA EL CIERRE, ¿ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	NO SE ACEPTA
527225	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS	OTROS	3.3. VISITA A INSTALACIONES DEL	ENTENDEMOS QUE PARA LAS PARTIDAS QUE INDIQUEN VISITA OPCIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SERÁ SUFICIENTE	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE LA VISITA ES OBLIGATORIA



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 6 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, and RESPUESTA. It contains 10 rows of questions and answers regarding technical specifications and procurement procedures for medical angiography equipment.





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO?	EL DEBIDO CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE.
527233	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.2.4	SABEMOS QUE EL MOVIMIENTO AXIAL DEL DETECTOR HACE REFERENCIA AL MOVIMIENTO DE ALEJAMIENTO Y ACERCAMIENTO AL PACIENTE POR LO QUE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: LOS DETECTORES PLANOS ESTÁN DOTADOS DE TECLAS DE MEMBRANA PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-IMAGEN (DFI), DESDE EL FOCO DE LA FUENTE DE RAYOS X AL PLANO RECEPTOR DE IMAGEN DEL FD QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "DETECTORES PLANOS ESTÁN DOTADOS DE TECLAS DE MEMBRANA PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-IMAGEN (DFI) DESDE EL FOCO DE LA FUENTE DE RAYOS X AL PLANO RECEPTOR DE IMAGEN DEL FD CON MOVIMIENTO MOTORIZADO", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.2.4. MOVIMIENTO AXIAL MOTORIZADO DE PANTALLA PLANA (FLAT PANEL), PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-PACIENTE", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBEARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
527234	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.2.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL PUNTO FOCAL Y EL DETECTOR DE 90 CM A 120 CM LO CUAL NO REPRESENTA NINGUNA LIMITACIÓN EN LAS APLICACIONES CLÍNICAS O TÉCNICAS PARA LAS QUE SE ENCUENTRA DESTINADO EL EQUIPO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR "DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL FOCO Y EL FLAT PANEL O FUENTE IMAGEN DE 90 CM O MENOR O 120 CM O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.2.5. DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL FOCO Y EL FLAT PANEL O FUENTE IMAGEN DE 90 CM O MENOR O 115 CM O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBEARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
527235	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.4.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: CORRIENTE DE TUBO DE 0.5 MA A 1000 MA EN PASOS DE 0.01 MA, DEMOSTRANDO EL CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO OFERTADO Y QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "CORRIENTE DEL GENERADOR SELECCIONABLE DE 0.5 MA O MENOR A 1,000 MA O MAYOR, EN PASOS DE 0.01 MA ", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.4.3. CORRIENTE DEL GENERADOR SELECCIONABLE DE 10 MA O MENOR A 1,000 MA O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBEARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
527236	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.2	ENTENDEMOS QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL PUNTO AL OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TÉRMICA DE 2.5 MHU O MAYOR, Y QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS CON UNA CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 2.4 DEBERÁN CONTAR ADEMÁS CON UNA DISIPACIÓN DEL ÁNODO DE 900 KHU POR MIN, POR LO QUE NUESTRA PLATAFORMA OFERTADA DARÍA CUMPLIMIENTO AL PUNTO YA QUE CONTAMOS CON UNA CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO DE 3.375 MHU. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE SOLICITA A LA LICITANTE APEGARSE A LO SOLICITADO PARA EL NUMERAL 1.5.2 CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO DE 2.5 MHU O MAYOR, O 2.4 MHU CON UNA CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DEL ÁNODO DE 900 KHU/MIN
527237	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA PARA	SE ACARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS PORPIAS DE SU ARTÍCULO DE IGUAL O SUPERIOR CARACTERÍSTICA



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.**

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
	S DE RL DE CV		SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.4	CARDIOLOGÍA, CON 7.5, 10, 15, 30 POR SEGUNDO (P/S), DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	A LA SOLICITADA SIN QUE ELLO REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN TÉCNICA A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, LA CUAL SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
527238	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA PARA VASCULAR, CON 7.5, 10, 15, 30 POR SEGUNDO (P/S), DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "1.5.5 FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA PARA VASCULAR CON 7.5, 10, 15, 30 P/S", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.5.5 FLUOROSCOPIA PULSADA PARA VASCULAR DE 7.5 PULSOS/SEGUNDO O MENOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBEARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO"
527239	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.6.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ALTURA DE LA MESA 77.5 CM A 110 CM, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "MOVIMIENTO VERTICAL DE 77.5 CM O MENOR A 110 CM O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.6.4. MOVIMIENTO VERTICAL DE 80 CM O MENOR A 100 CM O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBEARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
527240	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO. DURANTE LA FASE DE SUSTRACCIÓN DSA, EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES SE REALIZA CÍCLICAMENTE BASÁNDOSE EN UN ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS PORPIAS DE SU ARTÍCULO DE IGUAL O SUPERIOR CARACTERÍSTICA A LA SOLICITADA SIN QUE ELLO REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN TÉCNICA A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, LA CUAL SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
527241	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ROADMAP, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS PORPIAS DE SU ARTÍCULO DE IGUAL O SUPERIOR CARACTERÍSTICA A LA SOLICITADA SIN QUE ELLO REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN TÉCNICA A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, LA CUAL SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
527242	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.11	EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE SE PIDE QUE LA MARCA DEL ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN DICOM SEA LA MISMA QUE NUESTRO EQUIPO SIEMENS HEALTHINEERS. PERO ESTO NO ES POSIBLE, DADO QUE LAS CLASES DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN DICOM SON PARTE DE UN ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN CON COPYRIGHT POR LA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION NEMA EN NOMBRE DEL COMITÉ DE ESTÁNDARES DICOM ADMINISTRADO POR LA MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY ASSOCIATION, MITA. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.8.11.1 AL 1.8.11.8 CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE Y ASÍ MISMO ANEXANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, EN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL PROVEEDOR EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA

*A*





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					<p>DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.</p> <p>SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA EN EL ANEXO NO. 3.1. CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. ...</p>
527243	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.11	EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE DAMOS CUMPLIMIENTO AL REFERENCIAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.8.11.1 AL 1.8.11.9 A TRAVÉS DEL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO OFERTADO Y ANEXANDO LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	<p>NO SE ACEPTA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, EN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.</p> <p>PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL PROVEEDOR EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.</p> <p>SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA EN EL ANEXO NO. 3.1. CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. ...</p>
527244	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ROADMAP, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASI APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS PORPIAS DE SU ARTÍCULO DE IGUAL O SUPERIOR CARACTERÍSTICA A LA SOLICITADA SIN QUE ELLO REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN TÉCNICA A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, LA CUAL SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
527245	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.10	EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE DAMOS CUMPLIMIENTO AL REFERENCIAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.9.10.1 AL 1.9.10.8 A TRAVÉS DEL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO OFERTADO Y ANEXANDO LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	<p>NO SE ACEPTA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.</p> <p>PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON</p>





**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.**

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL PROVEEDOR EN EL ANEXO NO. 41 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.  SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA EN EL ANEXO NO. 3.1. CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0.
527246	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.2.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR NUESTRO POLÍGRAFO QUE CUENTA CON SENSIBILIDAD DE: .1, .2, .5, 1,2,5,10,20, 50 Y 100 CM POR MV, LO CUAL NO AFECTA NINGUNA APLICACIÓN CLÍNICA Y ES UN RANGO DE MEDICIÓN MÁS AMPLIO DE LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR PARA EVALUACIÓN PARA EL NUMERAL "2.2.7 SELECCIÓN DE SENSIBILIDAD DE: .1, .2, .5, 1,2,5,10,20, 50 Y 100 CM/ MV", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.2.7 SELECCIÓN DE GANANCIA DE 1/4, 1/2, 1, 2 Y 4 CM/MV", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBEARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO"
527247	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA, PÁRRAFO TERCERO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE PODEMOS ENTENDER QUE LA DETERMINACIÓN PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES DERIVA DE LO FUNDAMENTADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO... "EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ JUSTIFICAR LA RAZÓN POR LA QUE SÓLO PUEDE APLICARSE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO Y NO EL DE PUNTOS O PORCENTAJES O DE COSTO BENEFICIO, DEJANDO CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN", ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE EMPLEARÁ EL MECANISMO DE EVALUACIÓN A TRAVÉS DE "PUNTOS Y PORCENTAJES", DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN XIII, TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 Y 36 BIS FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y; ARTÍCULO 52 DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE ES NECESARIO VINCULAR LAS CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OBJETO DE ÉSTA CONTRATACIÓN.
527248	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA, PÁRRAFO TERCERO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE PODEMOS ENTENDER QUE LA DETERMINACIÓN PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DERIVA DE LO FUNDAMENTADO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO... "EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS NO ACEPTABLES Y LOS PRECIOS CONVENIENTES, SÓLO SE REALIZARÁ CUANDO SE UTILICE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO", ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL MÉTODO DE EVALUACIÓN ES POR PUNTOS Y PORCENTAJES
527249	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA, PÁRRAFO TERCERO	EN TÉRMINOS DE LOS SEÑALADO EN EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 51 DE SU REGLAMENTO SE SOLICITA LA CONVOCANTE, ACLARÉ SI EL MÉTODO DE EVALUACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERÁ POR PUNTOS Y PORCENTAJES O POR EL MÉTODO BINARIO-	SE ACLARA QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE EMPLEARÁ EL MECANISMO DE EVALUACIÓN A TRAVÉS DE "PUNTOS Y PORCENTAJES", DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN XIII, TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 Y 36 BIS FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y; ARTÍCULO 52 DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE ES NECESARIO VINCULAR LAS CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 6 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, and RESPUESTA. It contains four rows of questions and answers regarding technical specifications for medical equipment.





**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.**

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
528300	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.4. CON REALCE DE BORDES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA INVERSIÓN NEGATIVA / POSITIVA CON UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	ANEXOS.  NO SE ACEPTA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, EN EL ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.  ...  EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN OFERTADO.  ...
528341	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.4. CON REALCE DE BORDES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA INVERSIÓN NEGATIVA / POSITIVA CON UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, EN EL ANEXO DOS ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.  ...  EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN OFERTADO.  ...
528342	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.8. CON ANÁLISIS LVA, QCA, QVA...	DEBIDO A LA NOMENCLATURA QUE EXISTE EN NUESTRA LITERATURA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ANÁLISIS DE ESTENOSIS, ANÁLISIS VENTRICULAR CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA EN EL ANGIOGRAFO Y ESTACIÓN DE TRABAJO. EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.8.8. CON ANÁLISIS LVA, QCA, QVA CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL, MEDICIÓN DE ESTENOSIS, TANTO EN EL EQUIPO COMO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO", DE LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
528343	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.12. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO...	EN LA PRACTICA LAS IMAGENES O ESTUDIOS SE ALMACENAN DIRECTAMENTE EN EL DISCO DURO DEL EQUIPO ANGIOGRAFO Y SON ENVIADOS AUTOMATICAMENTE A LA ESTACION DE TRABAJO PARA QUE EL USUARIO PUEDE SELECCIONAR LAS SECUENCIAS IDEALES QUE SE GRABARÁN EN DVD O CD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO COMO: GRABAR IMÁGENES EN CD/DVD DICOM CD/DVD/USB CREACIÓN TOOL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.8.12. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMAGENES EN CD O DVD", DE LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
528344	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.9. 10. INTERFASE DE RED ETHERNET...	DEBIDO A LA TERMINOLOGÍA DENTRO DE NUESTRA LITERATURA Y EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO : SALIDA DE IMAGEN DICOM EN ETHERNET DE 100 MBIT CON ENVÍO AUTOMÁTICO Y TRANSFERENCIA EN SEGUNDO PLANO PARA UNA TRANSMISIÓN	SE ACEPTA REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "1.9.10 SALIDA DE IMAGEN DICOM EN ETHERNET DE 100 MBIT CON ENVÍO AUTOMÁTICO Y TRANSFERENCIA EN SEGUNDO PLANO PARA UNA TRANSMISIÓN RÁPIDA CON UNA INTERACCIÓN MÍNIMA DEL USUARIO ", COMO OPCIÓN PARA NUMERAL "1.9.10 INTERFASE DE RED ETHERNET 100 /1000 BASE T. "DE LA PARTIDA 1; SIN QUE SEA





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				RÁPIDA CON UNA INTERACCIÓN MÍNIMA DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
528345	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.1. CUATRO ENTRADAS DE PRESIÓN...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: PRESIÓN INVASIVA: 4 CANALES CON MEDIOS. PRESIÓN NO INVASIVA: MODOS AUTOMÁTICO Y MANUAL (OSCILOMÉTRICA). PARÁMETROS DE 10 A 400 MMHG CONSIDERANDO QUE ESTA ES UN MAYOR RANGO. ¿SE ACEPTA?.	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.2.1 CUATRO ENTRADAS DE PRESION INVASIVA Y CON MANEJO EN LA MISMA CONSOLA DEL EQUIPO PARA MEDICION DE RANGOS DE PRESION SELECCIONABLES DE MODO MANUAL O AUTOMATICO, ENTRE VALORES DE 25 MMHG A 400 MMHG O MAYOR." DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
528346	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.2. MEDICIÓN Y DESPLIEGUE...	EL ESTADO HEMODINÁMICO DEL PACIENTE INCLUYE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA SIMULTANEA ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE LAS DIFERENTES EDICIONES. NUESTRO SISTEMA DE POLIGRAFIA CUMPLE LA ESPECIFICACION POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: PANTALLA DE MEDICIÓN DE CATH: VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ESTADO HEMODINÁMICO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.2.2. MEDICIÓN Y DESPLIEGUE DE PRESION SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA SIMULTANEA", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
528347	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.3. EDICIÓN DE ETIQUETAS...	DEBIDO A LA NOMENCLATURA QUE CONTIENE NUESTRA LITERATURA Y EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR UTILIZANDO LAS NOMENCLATURAS EQUIVALENTES PROPIAS: PAO = AO, PVI = PCP, PAP=AM, WDG = GVM, PAD =AD, PVD = VP, PAI = AL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "2.2.3 EDICION DE ETIQUETAS O ANOTACION GRAFICAS Y DE TEXTO CON NOMBRES DE CURVAS DE PRESION SELECCIONADAS: ART, PAO, PVI, PAP, WDG, PAD, PVD Y PAI, DONDE PAO = AO, PVI = PCP, PAP= AM, WDG = GVM, PAD = AD, PVD = VP, PAI = AI", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.2.3. EDICION DE ETIQUETAS O ANOTACION GRAFICAS Y DE TEXTO CON NOMBRES DE CURVAS DE PRESION SELECCIONADAS: ART, PAO, PVI, PAP, WDG, PAD, PVD Y PAI ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
528348	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.7. SELECCIÓN DE GANANCIA...	EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LA ESPECIFICACION. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: GANANCIA DE LA SEÑAL. LA GANANCIA DE LA SEÑAL AUMENTA LA AMPLITUD DE LA SEÑAL DE ECC. PARA CAMBIAR SEÑAL DE ECC: 1. RESALTE LA SEÑAL QUE DESEA CAMBIAR. 2.	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.2.7. SELECCIÓN DE GANANCIA DE 1/4, 1/2, 1, 2 Y 4 CM/MM", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS





**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.**

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				OPRIMA LAS TECLAS DE DIRECCIÓN ARRIBA O ABAJO DE GAN. EN EL TECLADO. ADICIONALMENTE INCLUIR UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
528349	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.4. MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO...	LA PRESENTACIÓN DE NUESTRO MEDIO DE CONTRASTE DE BAJA OSMOLARIDAD ES DE 100 ML, POR LO QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCACION NOS PERMITA OFERTAR 20 FRASCOS DE 100ML CADA UNO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE OFERTE PARA EL NUMERAL "20 FRASCOS DE 100 ML MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD CON CONCENTRACION DE 350 A 370 MG YODO/ML", COMO OPCION PARA EL PUNTO 2.4 "MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD CON CONCENTRACION DE 350 A 370 MG YODO/ML; 10 FRASCOS DE 200 ML C/U. (SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO)." DE LA PARTIDA 1 Y EL PUNTO 3.4 MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD CON CONCENTRACION DE 350 A 370 MG YODO/ML; 10 FRASCOS DE 200 ML C/U. (SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO). PARA LA PARTIDA 106, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
528350	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2.J) GARANTÍAS DE ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS...	PODEMOS CONSIDERAR QUE EL MANTENIMIENTO MAYOR SE REALIZARÁ EN EL ÚLTIMO MES DE LA GARANTÍA, Y DE COINCIDIR EL MES DE EJECUCIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR MANUAL, AMBOS PODRÁN EJECUTARSE EN EL MISMO PERIODO, SIN CONSIDERARSE COMO UN SOLO SERVICIO Y SE PODRÁN DOCUMENTAR CON ORDENES DE SERVICIO INDEPENDIENTES.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. CUANDO LA OFERTA DE LA LICITANTE, RESPECTO A ESTE SUBRUBRO, CORRESPONDA A 42 MESES O MÁS INCLUYENDO UN MANTENIMIENTO MAYOR A LOS BIENES RESPECTIVOS, AL MES 48 DE ADJUDICADOS LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LA OFERTA REFIERA A 42 MESES EL MANTENIMIENTO MAYOR DEBERÁ REALIZARLO A LOS 6 MESES DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
528351	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2.J) GARANTÍAS DE ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS...	PODEMOS CONSIDERAR QUE PARA PROCEDER AL CANJE O REEMPLAZO DE LOS BIENES LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON UN DICTÁMEN TÉCNICO INDICANDO QUE EL BIEN NO TIENE REPARACIÓN; EXCLUYENDO FALLAS POR CONSUMIBLES O ACCESORIOS, REPARACIONES Y AJUSTES NECESARIOS DEBIDOS A DAÑOS POR USO INCORRECTO, ERRORES DE OPERACIÓN, MALAS CONDICIONES AMBIENTALES, FALLAS ELÉCTRICAS, ENTRE OTROS FACTORES EXTERNOS AJENOS AL EQUIPO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE REMITIRSE AL INCISO C) DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ SOLICITAR AL PROVEEDOR, EL CANJE DE LOS BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA O DE FABRICACIÓN, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA, VICIOS OCULTOS O BIEN, CUANDO EL ÁREA USUARIA MANIFIESTE ALGUNA QUEJA EN EL SENTIDO DE QUE EL USO DEL BIEN PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO; DEBIENDO NOTIFICAR AL PROVEEDOR DENTRO DEL PERIODO DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS.  CUANDO SE PRESENTE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS (DEFECTOS A SIMPLE VISTA O DE FABRICACIÓN, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA, VICIOS OCULTOS O BIEN, CUANDO EL ÁREA USUARIA MANIFIESTE ALGUNA QUEJA EN EL SENTIDO DE QUE EL USO DEL BIEN PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO), EL PROVEEDOR DEBERÁ REPARAR LOS BIENES, CUANDO ASÍ PROCEDA, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 DÍAS HÁBILES O BIEN, REALIZAR EL CANJE O REEMPLAZO, POR BIENES NUEVOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS HÁBILES, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE

A

*[Handwritten signature]*





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 6 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, RESPUESTA. Contains two rows of questions and answers regarding technical specifications and warranties for medical equipment.





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 6 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, and RESPUESTA. It contains 10 rows of questions and answers regarding technical specifications and conditions for medical angiography equipment.





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 6 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, and RESPUESTA. It contains 10 rows of questions and answers regarding technical specifications and procurement procedures for medical equipment.





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 6 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, and RESPUESTA. It contains 5 rows of questions and answers regarding technical specifications for angiography equipment.

Handwritten mark resembling the letter 'A'.

Handwritten signature or initials in blue ink.





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 6 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, and RESPUESTA. It contains five rows of questions and answers regarding technical specifications for angiography equipment.



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

GOBIERNO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y QUEREROS
DEL MEXICO



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.**

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBEARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO"
528639	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTOS 1.1 Y 1.2	EL EQUIPO DEBERA PERMITIR LA MAYOR VERSATILIDAD DE ESTUDIOS, DE ACUERDO A LAS APLICACIONES DIAGNOSTICAS Y DE TRATAMIENTO SOLICITADAS EN LA CEDULA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA "TECNOLOGIA DEL FABRICANTE" QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE
528650	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.8.4	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN COMO BRILLO, CONTRASTE, BORDES, INVERSIÓN DE VIDEO, AUMENTAR Y DESPLAZAR LA IMAGEN, INVERSIÓN DE VIDEO, DE PIXEL LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.8.4. CON REALCE DE BORDES, AJUSTE AUTOMÁTICO DE BRILLO, INVERSIÓN NEGATIVA/POSITIVA Y CORRECCIÓN GAMMA", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"
528651	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.5.4	EL EQUIPO SERA UTILIZADO PARA PROCEDIMIENTOS CARDIOLÓGICOS, POR LO QUE A FUTURO SE REALIZARÁN ESTUDIOS AVANZADOS DE CARDIOLOGÍA, COMO VISUALIZACIÓN DEL ARBOL CORONARIO ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA "TECNOLOGIA DEL FABRICANTE" QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE
528652	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.8.9	AUNADO A LA EVALUACIÓN DE IMÁGENES, REQUERIDA EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL EQUIPO DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES DENTRO DE LA SALA DE EXPLORACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	ES CORECTO LO MANIFESTADO POR LA PARTICIPANTE

A

*[Handwritten signature]*





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 6 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, RESPUESTA. Contains 5 rows of questions and answers regarding medical equipment specifications.





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 6 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, and RESPUESTA. It contains 6 rows of questions and answers regarding technical specifications for angiography equipment.

Handwritten mark resembling the letter 'A'.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL HABER



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.**

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
529005	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.2.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PARÁMETROS DE MONITOREO 4 ENTRADAS DE PRESIÓN INVASIVA CON MANEJO DE FUNCIONES DESDE LA MESA DE RAYOS X, CON RANGOS DE MEDICIÓN DE -40 A 360 MM HG, LO CUAL ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA, INCLUSO UN RANGO MAYOR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
529006	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.8.4	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN COMO BRILLO, CONTRASTE, BORDES, INVERSIÓN DE VIDEO, AUMENTAR Y DESPLAZAR LA IMAGEN, INVERSIÓN DE VIDEO, DE PIXEL LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.8.4. CON REALCE DE BORDES, AJUSTE AUTOMÁTICO DE BRILLO, INVERSIÓN NEGATIVA/POSITIVA Y CORRECCIÓN GAMMA", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"
529009	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTOS 1.8.7, 1.9.3, 1.9.6	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO : SOFTWARE CONCEBIDO PARA PROPORCIONAR UNA VISUALIZACIÓN 3D DE ALTA VELOCIDAD Y RESOLUCIÓN DE LA ANATOMÍA DE LOS VASOS Y DE LOS HUESOS.CON FUNCIÓN DE HISTOGRAMA ,QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL NÚMERO DE APARICIONES DE UN VALOR DE GRIS EN EL VOLUMEN RECONSTRUIDO Y FUNCIÓN DE VENTANA DETERMINA EL VALOR DE OPACIDAD DE CADA VÓXEL DEL VOLUMEN SEGÚN EL VALOR GRIS DEL PÍXEL Y ADEMÁS DEMOSTRAR QUE SE ADQUIERE IMÁGENES VASCULARES Y 3D VASCULAR SIN HUESO ¿ SE ACEPTA?.	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA "TECNOLOGIA DELFABRICANTE" QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATIENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE
529011	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.7.4	DADO QUE EN LAS INSTITUCIONES SE REQUIEREN VER AL MENOS IMAGEN EN VIVO Y DE REFERENCIA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE DEBAN OFERTA 2 MONITORES DE 19" LCD O TFT MONOCROMÁTICA O COLOR PARA QUE PUEDAN SERVIR DE BACK UP DEL MONITOR DE 55" O MAYOR ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA OFERTAR "DOS PANTALLAS PLANAS LCD O TFT MONOCROMÁTICAS DE 19" O MAYOR (INCLUIR MARCA Y MODELO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7.4 AL MENOS UNA PANTALLA PLANA LCD O TFT MONOCROMÁTICA DE 19" O MAYOR (INCLUIR MARCA Y MODELO CORRESPONDIENTE A LA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBEARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO"
529012	HEALTHCARE SYSTEMS DE	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO	EL EQUIPO DEBERA PERMITIR LA MAYOR VERSATILIDAD DE ESTUDIOS, DE ACUERDO A LAS	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA





**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.**

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
	MEXICO SA DE CV		MONOPLANAR PUNTOS 1.1 Y 1.2	APLICACIONES DIAGNOSTICAS Y DE TRATAMIENTO SOLICITADAS EN LA CEDULA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS DETALLES DE LA "TECNOLOGIA DEL FABRICANTE" QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE
529013	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.8.9	AUNADO A LA EVALUACIÓN DE IMÁGENES, REQUERIDA EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL EQUIPO DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES DENTRO DE LA SALA DE EXPLORACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
529014	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 4.9 VISITA A LAS INSTALACIONES	YA QUE LA VISITA A LAS INSTALACIONES SON AL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, NOS PODRIAN ACLARAR SI LA SALA DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO TIENE LAS CONDICIONES DE RECIBIR UN EQUIPO A PISO O TECHO FAVOR DE ACLARAR	FAVOR DE REMITIRSE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE ASÍ COMO LAS ADECUACIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL INCISO F) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso. LO ANTERIOR para la adecuada instalación del equipo médico que garantice su correcto y óptimo funcionamiento MISMOS QUE DEBERÁN INTEGRARLOS A TRAVÉS DE SU PROPUESTA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA, EN EL QUE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS PORPIAS DE SU ARTÍCULO DE IGUAL O SUPERIOR CARACTERÍSTICA A LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
529023	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTOS 1.8.11 AL 1.8.11.9 Y 1.9.10 AL 1.9.	DEBEMOS ENTENDER, QUE PARA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS, BASTARÁ CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL FABRICANTE SOLICITADA EN DICHS NUMERALES. ES CORRECTO?	SE ACEPTA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA EN EL ANEXO NO. 3.1. CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACION SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. SE CONSIDERARÁ INTERFAZ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPROBE QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS. ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO.
529024	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.8.5	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CAMBIO DE PIXEL Y AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL GRADO DE SUSTRACCIÓN CON LO CUAL SE CUMPLE LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA "TECNOLOGIA DEL FABRICANTE" QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 5 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, and RESPUESTA. It contains three rows of questions and answers regarding medical equipment specifications.

LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS, QUE CUENTAN CON UN PLAZO DE 40 HORAS PARA FORMULAR Y ENVIAR POR COMPRANET, DE LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS, MISMAS A LAS QUE SE LE DARAN CONTESTACION EL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 A LAS 10:30 HORAS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.





JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

CIERRE DEL ACTA.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO COPIA DE ESTA ACTA, EN LOS ESTRADOS DE NOTIFICACIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN PRIMERA, EN LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN CIRCUITO DE LOS CONVENTOS 107, 109 Y 111 COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. C.P. 78436, EN UN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 16:00 HORAS, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/> ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y 49 SU REGLAMENTO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADO EL INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO **LAS 18:00 HORAS, DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2024.**

ESTA ACTA CONSTA DE **23 (VEINTITRÉS) PÁGINAS Y 02 (DOS) PÁGINAS DE ANEXOS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
C.P. ARTURO JONATAN ROSTRO LICEA SUPERVISOR DE PROYECTO OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
I.B. DANIELA CASTRO RIOS REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS	
REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS	NO SE PRESENTO SE INVITO CON OFICIO NO. 259001150100/ADQ/0367/2024
REPRESENTANTE DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PUBLICA, ÁREA DE QUEJAS DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	NO SE PRESENTO SE INVITO CON OFICIO NO. 259001150100/ADQ/0368/2024



# ANEXO 1

REPORTE DE LAS ACLARACIONES  
PRESENTADAS

EVENTO COMPRANET NÚMERO  
LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024





**EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR**

Fecha y hora de la emisión del reporte: 01/04/2024 10:34

**Datos del Procedimiento de contratación**

Código del Expediente: **E-2024-00020952**  
Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024**  
Número de junta: 1

**Empresas interesadas**

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	ENCORE HEALTH S A P I DE CV	22 de Marzo de 2024 a las 16:40		NO	NO
2	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	27 de Marzo de 2024 a las 09:49	27 de Marzo de 2024 a las 09:54	SI	NO
3	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	21 de Marzo de 2024 a las 16:44		NO	NO
4	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	22 de Marzo de 2024 a las 13:47	22 de Marzo de 2024 a las 13:47	SI	NO
5	POLAR HOSPITALARIA SA DE CV	25 de Marzo de 2024 a las 10:45	25 de Marzo de 2024 a las 10:45	NO	NO
6	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	21 de Marzo de 2024 a las 14:21	21 de Marzo de 2024 a las 14:23	SI	NO
7	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	21 de Marzo de 2024 a las 15:24	21 de Marzo de 2024 a las 20:34	SI	NO

Viaducto Pde Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón I, CP. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  
Tel: 55 3688 1977 <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024  
PARA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE  
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN  
ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

LISTA DE ASISTENCIA JUNTA DE ACLARACIONES

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 02 de abril de 2024  
10:00 Horas

SERVIDORES PÚBLICOS				
Nº.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	ÁREA
1	MTRA. MARISOL MIER CASTILLO	ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO		Cal.
2	C.P. ARTURO JONATAN ROSTRO LICEA	SUPERVISOR DE PROYECTO OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		ADQ.
3	I.B. DANIELA CASTRO RIOS	REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS		ISPA
4				
5				
6				





CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, RÉGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA **09 DE ABRIL DE 2024**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS UBICADA EN CIRCUITO DE LOS CONVENTOS 107, 109 Y 111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, CP. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA **CONTINUACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO) ASÍ COMO DEL **NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

EL ACTO ES PRESIDIDO POR EL **ING. EDSON DANIEL ROMÁN HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL DR. LEONARDO FRANCISCO MUÑOZ PÉREZ, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 5.3.8 INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY**, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS **SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN** A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

**ANTECEDENTES**

SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **02 DE ABRIL DE 2024**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN CIRCUITO DE LOS CONVENTOS 107, 109 Y 111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, CP. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES **DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, RÉGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024**, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 **FRACCIÓN I**, 29, 33, 33 BIS, 37 BIS, 47, 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 40, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL **NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

SIENDO LAS **18:00 HORAS Y A PETICIÓN DEL ÁREA TÉCNICA** SE DETERMINA **SUSPENDER** EL EVENTO DE LA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEBIDO AL NÚMERO DE REPLANTEAMIENTO PRESENTADOS, PARA REANUDARSE EL **MIÉRCOLES 03 DE ABRIL EN PUNTO DE LAS 14:00 HORAS**.

SIENDO LAS **14:00 HORAS** DEL **03 DE ABRIL DE 2024 SE REANUDA LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS**, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN RAZÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS.

SIENDO **LAS 20:18 HORAS**, DEL **DÍA 03 DE ABRIL DE 2024**, LA CONVOCANTE PROCEDE A ENVIAR A TRAVÉS DE COMPRANET LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS A LA CONVOCATORIA QUE ESTIMARON PERTINENTES LOS LICITANTES, Y FORMAN PARTE INTEGRAL DEL RESPECTIVO EXPEDIENTE DE COMPRA.

LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS, QUE CUENTAN CON UN **PLAZO DE 40 HORAS** PARA FORMULAR Y ENVIAR POR COMPRANET, DE LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS, MISMAS A LAS QUE SE LE DARÁN CONTESTACIÓN EL DÍA **09 DE ABRIL DE 2024 A LAS 10:30 HORAS**, LO ANTERIOR POR TRATARSE DE UNA **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**, EN SU MODALIDAD ELECTRÓNICA, EN EL SISTEMA COMPRANET, PARA QUE POSTERIORMENTE SE DE CONTINUIDAD CON LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**DESARROLLO:**

UNA VEZ QUE CONCLUYO EL TIEMPO PREVISTO POR LA CONVOCANTE PARA RECIBIR PREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS, SE PROCEDE NUEVAMENTE A ESTABLECER EL ENLACE POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN





CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

ELECTRÓNICA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET), IDENTIFICÁNDOSE QUE SI SE RECIBIERON REPLANTEAMIENTOS A TRAVÉS DE ESTE MEDIO ELECTRÓNICO, DEL CUAL SE AGREGA ACUSE DE ENVIO DE ACLARACIONES (RE-PREGUNTAS) A TRAVES DEL SISTEMA COMPRANET EN EL ANEXO 1 (UNO).

Table with 3 columns: No., LICITANTES REGISTRADOS, and REPREGUNTAS. It lists three bidders: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV (03 questions), HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV (04 questions), and SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV (02 questions). Total questions received: 09.

SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL 09 DE ABRIL DE 2024, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS REPREGUNTAS REALIZADAS EN RAZON DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASI COMO LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE Y/O ÁREA TÉCNICA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

Main table with 5 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, REFERENCIA, A LA PREGUNTA, PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE, and RESPUESTA. It contains four rows of questions and answers regarding technical specifications and evaluation criteria for medical equipment.

Handwritten signature or mark on the left side of the page.

Handwritten letter 'A' at the bottom left corner.





CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

Table with 5 columns: ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, REFERENCIA, A LA PREGUNTA, PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE, and RESPUESTA. It contains five rows of questions and answers regarding technical specifications and evaluation criteria for medical equipment.

ESTA CONVOCANTE CONSIDERA QUE LAS RESPUESTAS QUE FUERON OTORGADAS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN A LOS CUESTIONAMIENTOS O DUDAS Y QUE SE LE PROPORCIONÓ TODA LA INFORMACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN RAZÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, EN ESTE ACTO SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES DE ESTA LICITACIÓN, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:





CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DE EQUIPO MÉDICO ANGIÓGRAFO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ, REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024.

**ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:**

<b>DIA:</b>	<b>19</b>	<b>MES:</b>	<b>ABRIL</b>	<b>AÑO:</b>	<b>2024</b>	<b>HORA:</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR:</b>	<b>Evento Electrónico (CompraNet 2023)</b>						

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN EN MENCIÓN.

**CIERRE DE ACTA:**

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO COPIA DE ESTA ACTA, EN LOS ESTRADOS DE NOTIFICACIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN PRIMERA, EN LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107, 109 Y 111 COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P, C.P. 78436, EN UN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 16:00 HORAS, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/> ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y 49 SU REGLAMENTO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADO LA CONTINUIDAD A LA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS **13:00 HORAS**, DEL DÍA **09 DE ABRIL DE 2024**.

ESTA ACTA CONSTA DE **04 (CUATRO) PÁGINAS MÁS 02 (DOS) PÁGINAS DE ANEXOS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:**

<b>SERVIDOR PUBLICO</b>	<b>FIRMA</b>
<b>ING. EDSON DANIEL ROMÁN HERNÁNDEZ</b> TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
<b>C.P. ARTURO JONATAN ROSTRO LICEA</b> SUPERVISOR DE PROYECTO OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



# ANEXO 1

REPORTE DE LOS REPLANTEAMIENTOS  
PRESENTADOS

EVENTO COMPRANET NÚMERO  
LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



**EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR**

Fecha y hora de la emisión del reporte: 05/04/2024 13:14

**Datos del Procedimiento de contratación**

Código del Expediente: **E-2024-00020952**  
Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR023-T-27-2024**  
Número de junta: 1

**Empresas interesadas**

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	ENCORE HEALTH S A P I DE CV	22 de Marzo de 2024 a las 16:40		NO	NO
2	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	27 de Marzo de 2024 a las 09:49	27 de Marzo de 2024 a las 09:54	SI	SI
3	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	21 de Marzo de 2024 a las 16:44		NO	NO
4	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	22 de Marzo de 2024 a las 13:47	22 de Marzo de 2024 a las 13:47	SI	SI
5	POLAR HOSPITALARIA SA DE CV	25 de Marzo de 2024 a las 10:45	25 de Marzo de 2024 a las 10:45	NO	NO
6	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	21 de Marzo de 2024 a las 14:21	21 de Marzo de 2024 a las 14:23	SI	SI
7	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	21 de Marzo de 2024 a las 15:24	21 de Marzo de 2024 a las 20:34	SI	NO

Viaducto Pde Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón I, CP. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  
Tel: 55 3688 1977 <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>