



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2026, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026 DEL O.O.A.D. SAN LUIS POTOSÍ, RÉGIMEN ORDINARIO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36, 37, 39 FRACCIÓN II, 40, 43, 44, 50, 68, 71 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 84, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

EL ACTO ES PRESIDIDO POR LA MTRA. MARISOL MIER CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO Y, CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTECIPACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, LA PLATAFORMA NO LES PERMITIRÁ FORMULAR PREGUNTAS.

I.- DESARROLLO DEL EVENTO.-

EL PRESIDENTE DEL ACTO, ES ASISTIDO POR REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, LA LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, EL L.A. J. BULMARO SEGURA FLORES, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, QUIENES DARÁN RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO; EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS, SE PRESENTA LA ING. DANIELA BERENICE CASTRO RIOS INGENIERA BIOMEDICA DELEGACIONAL, QUIEN DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO, POR PARTE DEL ÁREA JURÍDICA NO SE PRESENTA QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/1748/2025 Y EL REPRESENTANTE DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES NO SE PRESENTA, QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/1749/2025.

ANTECEDENTES:

EL PRESIDENTE DEL ACTO DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALANDO QUE EL 27 DE ENERO DE 2026 SI SE RECIBIERON PREGUNTAS EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE RECIBEN SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y SE RECIBEN ESCRITOS DE INTERES EN PARTICIPAR, DEL CUAL SE AGREGA REPORTE EMITIDO A TRAVES DE LA PLATAFORMA, EL CUAL SE PRESENTA EN EL ANEXO 01 (UNO).

Table with 4 columns: No., LICITANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA, ESCRITO DE INTERES, PREGUNTAS. It lists 11 bidders and their respective interest status and number of questions.



2026 año de Margarita Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

Table with 4 columns: No., LICITANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA, ESCRITO DE INTERES, PREGUNTAS. Rows include SOLUCIONES BLOKAVI SA DE CV, TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV, TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV, VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR, and a TOTAL DE PREGUNTAS RECIBIDAS row.

HECHO QUE SE HIZO CONSTAR EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO.

SE REALIZA(N) LA(S) SIGUIENTE(S) PRECISIÓN(ES) A ESTA CONVOCATORIA.

PRECISIÓN 1 ÁREA REQUIRENTE:

Table with 2 columns: SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA and ACLARACIÓN. The first column contains the text 'DICE: b. En caso de que se requieran pruebas, deberá indicar el método de evaluación...' and 'No aplica'. The second column contains 'DEBE DECIR: b) En caso de que se requieran pruebas, deberá indicar el método de evaluación...' and 'SE REQUIEREN MUESTRAS DE LOS BIENES SOLICITADOS EN EL REQUERIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN...'.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASI COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE Y AREA TECNICA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:



2026 año de Margarita Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	1005903	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO 01 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" PARTIDA 4. CLAVE 379 200 4057 00 00	<p>CON RELACION A LA SECCIÓN SEÑALADA DONDE SE SOLICITA UN CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, QUE INCLUYE CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTOLLENADO DESECHABLE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LO SIGUIENTE:</p> <p>CONSIDERANDO QUE EL NÚMERO DE CATÁLOGO SEÑALADO EN LA DESCRIPCIÓN (900PT501) SE ENCUENTRA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE, Y QUE ACTUALMENTE EXISTE UN PRODUCTO VIGENTE YA INCLUIDO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, CON CLAVE 379.200.4388.00.00, EL CUAL CUMPLE Y SUPERA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL SOLICITADO,</p> <p>¿SERÁ ACEPTABLE LA OFERTA DEL CIRCUITO VIGENTE INCLUIDO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL COMO EQUIVALENTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, SIN QUE ESTO SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN?</p>	NO SE ACEPTA. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CLAVE SOLICITADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, ANEXO 01 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" PARTIDA 4. CLAVE 379 200 4057 00 00.
2	1005905	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO 01 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" PARTIDA 4. CLAVE 379 200 4057 00 0	<p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SERÁ OBLIGATORIO OFERTAR Estrictamente EL NÚMERO DE CATÁLOGO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN, AUN CUANDO DICHO INSUMO SE ENCUENTRE DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE Y NO ESTÉ DISPONIBLE COMERCIALMENTE, O BIEN, INDIQUE EL CRITERIO QUE SE TOMARÁ PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA EN ESTOS CASOS.</p>	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO SIN QUE ESTO REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN A LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, MISMA QUE SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO GUARDAR CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA A LAS PARTIDAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
3	1005906	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO 01 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" PARTIDA 7. CLAVE 379.200.4065.00.00	<p>CON RELACION A LA SECCIÓN SEÑALADA DONDE SE SOLICITA UN CIRCUITO DESECHABLE PEDIATRICO (JUNIOR) DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTOLLENADO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LO SIGUIENTE:</p> <p>CONSIDERANDO QUE EL NÚMERO DE CATÁLOGO SEÑALADO EN LA DESCRIPCIÓN (900PT501) SE ENCUENTRA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE, Y QUE ACTUALMENTE EXISTE UN PRODUCTO VIGENTE YA INCLUIDO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, CON CLAVE 379.200.4388.00.00, EL CUAL CUMPLE Y SUPERA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL SOLICITADO, ¿SERÁ ACEPTABLE LA OFERTA DEL CIRCUITO VIGENTE INCLUIDO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL COMO EQUIVALENTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, SIN QUE ESTO SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN?</p>	NO SE ACEPTA. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CLAVE SOLICITADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, ANEXO 01 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" PARTIDA 7. CLAVE 379.200.4065.00.00
4	1005907	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO 01 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" PARTIDA 7. CLAVE 379 200 4065 00 0	<p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SERÁ OBLIGATORIO OFERTAR Estrictamente EL NÚMERO DE CATÁLOGO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN, AUN CUANDO DICHO INSUMO SE ENCUENTRE DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE Y NO ESTÉ DISPONIBLE COMERCIALMENTE, O BIEN, INDIQUE EL CRITERIO QUE SE TOMARÁ PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA EN ESTOS CASOS.</p>	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO SIN QUE ESTO REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN A LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, MISMA QUE SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO GUARDAR CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA A LAS PARTIDAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
5	1009150	ANTONIO	TÉCNICO	ANEXO 02 "TÉRMINOS Y	EN RELACIÓN CON EL NUMERAL II. "DE LOS EQUIPOS	SÍ SE ACEPTA PRESENTAR "FACTURA PARA



2026
año de
Margarita Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
5	1009150	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO 02 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" SUBTEMA CALIDAD SECCION II	<p>EVALUACIÓN TÉCNICA EN ESTOS CASOS.</p> <p>EN RELACIÓN CON EL NUMERAL II. "DE LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PROPIEDAD DEL LICITANTE", EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL EQUIPAMIENTO PROPUESTO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN AL MOMENTO DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, Y QUE DICHA ANTIGÜEDAD DEBERÁ COMPROBARSE MEDIANTE FACTURA, REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN EN DONDE SE ESPECIFIQUE LA FECHA DE FABRICACIÓN Y NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LO SIGUIENTE:</p> <p>CONSIDERANDO QUE EN LA FACTURA DE ADQUISICIÓN NO SE ESPECIFICA LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS, SINO ÚNICAMENTE DATOS COMERCIALES Y LOTES ¿SERÁ ACEPTABLE PRESENTAR FACTURA PARA ACREDITAR LA LEGAL POSESIÓN Y, DE MANERA COMPLEMENTARIA, CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE EN LA QUE SE INDIQUEN LOS NÚMEROS DE SERIE, LOTES Y AÑO DE FABRICACIÓN DE CADA EQUIPO, EXPLICANDO SU SISTEMA DE LOTIFICACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE CADA EQUIPO, CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR PLENAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDO EN EL NUMERAL II?</p>	<p>SÍ SE ACEPTA PRESENTAR "FACTURA PARA ACREDITAR LA LEGAL POSESIÓN Y, DE MANERA COMPLEMENTARIA, CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE EN LA QUE SE INDIQUEN LOS NÚMEROS DE SERIE, LOTES Y AÑO DE FABRICACIÓN DE CADA EQUIPO, EXPLICANDO SU SISTEMA DE LOTIFICACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE CADA EQUIPO" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHO DOCUMENTO SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE</p>
6	1009196	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1	<p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR LOS LICITANTES Y QUE LA FALTA DE APEGO ESTRICTO AL FORMATO ORIGINAL NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO, SIEMPRE QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CONTENGA DE MANERA COMPLETA Y CLARA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN DICHS FORMATOS? ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?</p>	<p>SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR LOS LICITANTES Y QUE LA FALTA DE APEGO ESTRICTO AL FORMATO ORIGINAL NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO, HACER REFERENCIA AL INCISO QUE CORRESPONDE DICHO FORMATO PARA SU PRONTA EVALUACIÓN.</p>
7	1009257	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	<p>SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, INDIQUE EL TIEMPO PARA LA ENTREGA Y CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS EN CALIDAD COMODATO, ESTO A SU VEZ QUE EN LA PÁGINA 61 DEL PLIEGO DE REQUISITOS INDICA Y CITO "EL PROVEEDOR TENDRÁ HASTA 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL INICIO DE LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS PARA REALIZAR LA ENTREGA Y CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS.", Y EN LA PÁGINA 65 DEL MISMO, INDICA Y CITO "LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PROPIEDAD DEL LICITANTE, DEBERÁ REALIZARSE EN LOS 15 PRIMEROS DÍAS NATURALES A LA PUBLICACIÓN DEL FALLO, EN LOS LUGARES QUE SE INDICAN CON ANTERIORIDAD CON LOS DIRECTIVOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS." FAVOR DE INDICAR LOS DÍAS PARA ENTREGA</p>	<p>SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA EL ANEXO 02 TÉRMINOS Y CONDICIONES, CAPACITACIÓN, SUB INCISO a) El licitante adjudicado se obliga a capacitar al personal sin costo adicional para el IMSS dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes al inicio de la vigencia del contrato para el debido funcionamiento de los equipos proporcionados, así como cuando se produzcan cambios de tecnología en estos.</p>
8	1009258	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA, INCISO E) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES POSIBLE ACEPTAR QUE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALICEN CON UNA PERIODICIDAD SEMESTRAL, EN VIRTUD DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO; Y QUE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE EFECTÚEN ÚNICAMENTE CUANDO SE PRESENTE ALGUNA FALLA</p>	<p>SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SE DEBERÁN REALIZAR DE MANERA SEMESTRAL O BIEN, PODRÁN OFERTAR MAYOR CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, ESTO ACORDE A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, PARA EL CASO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEBERÁN REALIZARSE A DEMANDA DEL USUARIO.</p>



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					O DESPERFECTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
9	1009259	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES	TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO D) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE EL DOCUMENTO REQUISITADO EN Y CITO: "AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE SANITARIO", ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE INCISO D) REFERENTE AL DOCUMENTO "AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE SANITARIO", SE SOLICITA DICHO DOCUMENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS RELATIVO AL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO
10	1009260	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES	TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO D) LA CONVOCANTE SOLICITA "ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO", ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO Y NO SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO, ¿PODREMOS PRESENTAR EL "ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES"? FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA SU PROPUESTA
11	1009261	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	REFERENTE A LAS PARTIDAS NO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Y 15. PREGUNTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, AL ESTABLECER CLAVES CON MARCA Y MODELO ESPECÍFICO Y CONDICIONES CON LAS QUE SOLO PODRÍA CUMPLIR UN LICITANTE, Y PARA QUE PUEDA EXISTIR LIBRE COMPETENCIA PARA OFRECER AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN CUMPLIMIENTO A LA FUNCIÓN DE USO SOLICITADA EN CADA CLAVE PARA LA TERAPIA DE ALTO FLUJO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL. PERMITA: PARA LA CLAVE 379.171.3591.00.00, OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE ADULTO TAMAÑO CHICA, CON PUNTAS DE SILICONA DE CONTORNO SUAVE CON COLOCACIÓN AJUSTABLE DEL TUBO, Y CINTA ELÁSTICA ANCHA DIVIDIDA PARA LA CABEZA FÁCIL DE AJUSTAR QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y MAYOR COMODIDAD PARA EL PACIENTE. PARA LA CLAVE 379.171.3609.00.00 OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE ADULTO TAMAÑO MEDIANA, CON PUNTAS DE SILICONA DE CONTORNO SUAVE CON COLOCACIÓN AJUSTABLE DEL TUBO, Y CINTA ELÁSTICA ANCHA DIVIDIDA PARA LA CABEZA FÁCIL DE AJUSTAR QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y MAYOR COMODIDAD PARA EL PACIENTE. PARA LA CLAVE 379.171.3617.00.00 OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE ADULTO TAMAÑO GRANDE, CON PUNTAS DE SILICONA DE CONTORNO SUAVE CON COLOCACIÓN AJUSTABLE DEL TUBO, Y CINTA ELÁSTICA ANCHA DIVIDIDA PARA LA CABEZA FÁCIL DE AJUSTAR QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y MAYOR COMODIDAD PARA EL PACIENTE.	SE ACLARA A LA LICITANTE SÍ SE ACEPTA OFERTAR "PARA LA CLAVE 379.171.3591.00.00, OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE ADULTO TAMAÑO CHICA, CON PUNTAS DE SILICONA DE CONTORNO SUAVE CON COLOCACIÓN AJUSTABLE DEL TUBO, Y CINTA ELÁSTICA ANCHA DIVIDIDA PARA LA CABEZA FÁCIL DE AJUSTAR QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y MAYOR COMODIDAD PARA EL PACIENTE. PARA LA CLAVE 379.171.3609.00.00 OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE ADULTO TAMAÑO MEDIANA, CON PUNTAS DE SILICONA DE CONTORNO SUAVE CON COLOCACIÓN AJUSTABLE DEL TUBO, Y CINTA ELÁSTICA ANCHA DIVIDIDA PARA LA CABEZA FÁCIL DE AJUSTAR QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y MAYOR COMODIDAD PARA EL PACIENTE. PARA LA CLAVE 379.171.3617.00.00 OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE ADULTO TAMAÑO GRANDE, CON PUNTAS DE SILICONA DE CONTORNO SUAVE CON COLOCACIÓN AJUSTABLE DEL TUBO, Y CINTA ELÁSTICA ANCHA DIVIDIDA PARA LA CABEZA FÁCIL DE AJUSTAR QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y MAYOR COMODIDAD PARA EL PACIENTE. " SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESTARÁ SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS INDISPENSABLES EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
12	1009262	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	CONTINUACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR PARA LA CLAVE 379.200.4057.00.00, OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE ADULTO CON ALAMBRE CALEFACTADO EN ESPIRAL PARA PROPORCIONAR UN CALENTAMIENTO UNIFORME DEL FLUJO DE GAS Y DE LA PARED DE LA EXTREMIDAD, PARA EVITAR LA CONDENSACIÓN, QUE INCLUYE CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTOLLENADO DESECHABLE. PARA LA CLAVE 379.171.3690.00.00, OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE	SE ACLARA A LA LICITANTE SÍ SE ACEPTA OFERTAR "CIRCUITO DESECHABLE PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE ADULTO CON ALAMBRE CALEFACTADO EN ESPIRAL PARA PROPORCIONAR UN CALENTAMIENTO UNIFORME DEL FLUJO DE GAS Y DE LA PARED DE LA EXTREMIDAD, PARA EVITAR LA CONDENSACIÓN, QUE INCLUYE CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTOLLENADO DESECHABLE. PARA LA CLAVE 379.171.3690.00.00, OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE TAMAÑO PEDIÁTRICO CON RANGO DE FLUJO DE HASTA 20 LITROS POR MINUTO, CON PUNTAS





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					<p>TAMAÑO PEDIÁTRICO CON RANGO DE FLUJO DE HASTA 20 LITROS POR MINUTO, CON PUNTAS NASALES DE CONTORNO SUAVE LO QUE GARANTIZA UN AJUSTE CÓMODO Y MEJORA EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO, CUENTA CON UN TUBO DE TACTO SUAVE CON LAS OREJAS Y LA CARA LO QUE MINIMIZA LA FRICCIÓN Y LA PRESIÓN SOBRE LOS TEJIDOS DELICADOS Y UN DESLIZADOR AJUSTABLE QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO SIN NECESIDAD DE CORREA PARA LA CABEZA O EL CUELLO.</p> <p>PARA LA CLAVE 379.171.3708.00.00, OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE TAMAÑO PEDIÁTRICO CON RANGO DE FLUJO DE HASTA 40 LITROS POR MINUTO, CON PUNTAS NASALES DE CONTORNO SUAVE LO QUE GARANTIZA UN AJUSTE CÓMODO Y MEJORA EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO, CUENTA CON UN TUBO DE TACTO SUAVE CON LAS OREJAS Y LA CARA LO QUE MINIMIZA LA FRICCIÓN Y LA PRESIÓN SOBRE LOS TEJIDOS DELICADOS Y UN DESLIZADOR AJUSTABLE QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO SIN NECESIDAD DE CORREA PARA LA CABEZA O EL CUELLO.</p> <p>PARA LA CLAVE 379.200.4065.00.00, OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, CON ALAMBRE CALEFACTADO DE DOBLE ESPIRAL PARA PROPORCIONAR UN CALENTAMIENTO UNIFORME DEL FLUJO DE GAS Y DE LA PARED DE LA EXTREMIDAD, PARA EVITAR LA CONDENSACIÓN, QUE INCLUYE VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN, TUBO DE OXÍGENO DE 2.1 METROS, CÁMPARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTOLLENADO DESECHABLE Y EXTENSIÓN DE INCUBADORA PARA LOS CASOS EN QUE SEA NECESARIO EMPLEARSE.</p>	<p>NASALES DE CONTORNO SUAVE LO QUE GARANTIZA UN AJUSTE CÓMODO Y MEJORA EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO, CUENTA CON UN TUBO DE TACTO SUAVE CON LAS OREJAS Y LA CARA LO QUE MINIMIZA LA FRICCIÓN Y LA PRESIÓN SOBRE LOS TEJIDOS DELICADOS Y UN DESLIZADOR AJUSTABLE QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO SIN NECESIDAD DE CORREA PARA LA CABEZA O EL CUELLO.</p> <p>PARA LA CLAVE 379.171.3708.00.00, OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE TAMAÑO PEDIÁTRICO CON RANGO DE FLUJO DE HASTA 40 LITROS POR MINUTO, CON PUNTAS NASALES DE CONTORNO SUAVE LO QUE GARANTIZA UN AJUSTE CÓMODO Y MEJORA EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO, CUENTA CON UN TUBO DE TACTO SUAVE CON LAS OREJAS Y LA CARA LO QUE MINIMIZA LA FRICCIÓN Y LA PRESIÓN SOBRE LOS TEJIDOS DELICADOS Y UN DESLIZADOR AJUSTABLE QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO SIN NECESIDAD DE CORREA PARA LA CABEZA O EL CUELLO.</p> <p>PARA LA CLAVE 379.200.4065.00.00, OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, CON ALAMBRE CALEFACTADO DE DOBLE ESPIRAL PARA PROPORCIONAR UN CALENTAMIENTO UNIFORME DEL FLUJO DE GAS Y DE LA PARED DE LA EXTREMIDAD, PARA EVITAR LA CONDENSACIÓN, QUE INCLUYE VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN, TUBO DE OXÍGENO DE 2.1 METROS, CÁMPARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTOLLENADO DESECHABLE Y EXTENSIÓN DE INCUBADORA PARA LOS CASOS EN QUE SEA NECESARIO EMPLEARSE. "SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESTARÁ SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS INDISPENSABLES EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
13	1009263	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	<p>CONTINUACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR</p> <p>PARA LA CLAVE 379.561.3367.00.00 OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE PREMATURO CON RANGO DE FLUJO DE HASTA 8 LITROS POR MINUTO, CON PUNTAS NASALES DE CONTORNO SUAVE LO QUE GARANTIZA UN AJUSTE CÓMODO Y MEJORA EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO, CUENTA CON UN TUBO DE TACTO SUAVE CON LAS OREJAS Y LA CARA LO QUE MINIMIZA LA FRICCIÓN Y LA PRESIÓN SOBRE LOS TEJIDOS DELICADOS Y UN DESLIZADOR AJUSTABLE QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO SIN NECESIDAD DE CORREA PARA LA CABEZA O EL CUELLO.</p> <p>PARA LA CLAVE 379.561.3375.00.00 OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE NEONATO CON RANGO DE FLUJO DE HASTA 8 LITROS POR MINUTO, CON PUNTAS NASALES DE CONTORNO SUAVE LO QUE GARANTIZA UN AJUSTE CÓMODO Y MEJORA EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO, CUENTA CON UN TUBO DE TACTO SUAVE CON LAS OREJAS Y LA CARA LO QUE MINIMIZA LA FRICCIÓN Y LA PRESIÓN SOBRE LOS TEJIDOS DELICADOS Y UN DESLIZADOR AJUSTABLE QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO SIN NECESIDAD DE CORREA PARA LA CABEZA O EL CUELLO.</p>	<p>SE ACLARA A LA LICITANTE SI SE ACEPTA OFERTAR "PARA LA CLAVE 379.561.3367.00.00 OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE PREMATURO CON RANGO DE FLUJO DE HASTA 8 LITROS POR MINUTO, CON PUNTAS NASALES DE CONTORNO SUAVE LO QUE GARANTIZA UN AJUSTE CÓMODO Y MEJORA EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO, CUENTA CON UN TUBO DE TACTO SUAVE CON LAS OREJAS Y LA CARA LO QUE MINIMIZA LA FRICCIÓN Y LA PRESIÓN SOBRE LOS TEJIDOS DELICADOS Y UN DESLIZADOR AJUSTABLE QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO SIN NECESIDAD DE CORREA PARA LA CABEZA O EL CUELLO.</p> <p>PARA LA CLAVE 379.561.3375.00.00 OFERTAR CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO PARA PACIENTE NEONATO CON RANGO DE FLUJO DE HASTA 8 LITROS POR MINUTO, CON PUNTAS NASALES DE CONTORNO SUAVE LO QUE GARANTIZA UN AJUSTE CÓMODO Y MEJORA EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO, CUENTA CON UN TUBO DE TACTO SUAVE CON LAS OREJAS Y LA CARA LO QUE MINIMIZA LA FRICCIÓN Y LA PRESIÓN SOBRE LOS TEJIDOS DELICADOS Y UN DESLIZADOR AJUSTABLE QUE PROPORCIONA UN AJUSTE SEGURO Y CÓMODO SIN NECESIDAD DE CORREA PARA LA CABEZA O EL CUELLO.</p>



2026
año de
Margarita Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					SIN NECESIDAD DE CORREA PARA LA CABEZA O EL CUELLO. LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS EN CADA CLAVE SAI SOLICITADA, NO AFECTAN LA FUNCIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO, AL SER PROPUESTAS PARA ALTO FLUJO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SIN NECESIDAD DE CORREA PARA LA CABEZA O EL CUELLO. " SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESTARÁ SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS INDISPENSABLES EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
14	1009264	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	EN CASO DE NO ACEPTAR LA PROPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE JUSTIFICAR SU RESPUESTA. LO ANTERIOR TODA VEZ QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS NO AFECTAN LA FUNCIÓN NI FINALIDAD DEL PRESENTE REQUERIMIENTO PARA LAS TERAPIAS DE ALTO FLUJO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, DONDE ÚNICAMENTE SE ESPECIFICAN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA LAS 3 TERAPIAS SOLICITADAS, ALTO FLUJO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL.	DERIVADO DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ANTERIORES, ESTA PREGUNTA NO APLICA
15	1009265	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO PARA ALTO FLUJO NEONATAL. PREGUNTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y PARA QUE PUEDA EXISTIR LIBRE COMPETENCIA PARA OFRECER AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA TERAPIA DE ALTO FLUJO NEONATAL. PERMITA OFERTAR UN EQUIPO MÉDICO EN COMODATO NUEVO PARA ALTO FLUJO NEONATAL CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IGUALES Y/O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. NUESTRA TECNOLOGÍA EMPLEA PARA EL PUNTO 4 Y 5, RANGO DE AJUSTE MANUAL Y MAYOR DE TEMPERATURA EN MODO NO INVASIVO DE 30°C A 37°C, CUENTA CON INDICADOR DE HUMEDAD RELATIVA PARA SER VISUALIZADO EN TIEMPO REAL POR EL PERSONAL MÉDICO Y TIENE UNA PANTALLA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR LCD MULTICOLOR Y BOTÓN SILENCIADOR DE ALARMA. LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS COMPRENDEN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO Y SON DE TECNOLOGÍA SUPERIOR. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA OFERTAR "EQUIPO MÉDICO EN COMODATO NUEVO PARA ALTO FLUJO NEONATAL CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IGUALES Y/O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. NUESTRA TECNOLOGÍA EMPLEA PARA EL PUNTO 4 Y 5, RANGO DE AJUSTE MANUAL Y MAYOR DE TEMPERATURA EN MODO NO INVASIVO DE 30°C A 37°C, CUENTA CON INDICADOR DE HUMEDAD RELATIVA PARA SER VISUALIZADO EN TIEMPO REAL POR EL PERSONAL MÉDICO Y TIENE UNA PANTALLA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR LCD MULTICOLOR Y BOTÓN SILENCIADOR DE ALARMA" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESTARÁ SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE DETERMINARÁ LA CORRECTA CONGRUENCIA A LOS REQUISITOS MÍNIMOS INDISPENSABLES EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO.
16	1009266	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. PREGUNTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y PARA QUE PUEDA EXISTIR LIBRE COMPETENCIA PARA OFRECER AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA TERAPIA DE ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. PERMITA OFERTAR UN EQUIPO MÉDICO EN COMODATO NUEVO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IGUALES Y/O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. NUESTRA TECNOLOGÍA EMPLEA PARA EL PUNTO 3, CON DISPOSITIVO HUMIDIFICADOR TERMORREGULADOR ENTRE 30 °C A 37 °C, QUE INCLUYA SIN EXCEPCIÓN SENSORES DE TEMPERATURA Y CABLES CALEFACTORES. LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS COMPRENDEN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO Y SON DE TECNOLOGÍA SUPERIOR. ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA OFERTAR "EN EQUIPO MÉDICO EN COMODATO NUEVO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IGUALES Y/O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. NUESTRA TECNOLOGÍA EMPLEA PARA EL PUNTO 3, CON DISPOSITIVO HUMIDIFICADOR TERMORREGULADOR ENTRE 30 °C A 37 °C, QUE INCLUYA SIN EXCEPCIÓN SENSORES DE TEMPERATURA Y CABLES CALEFACTORES" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESTARÁ SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE DETERMINARÁ LA CORRECTA CONGRUENCIA A LOS REQUISITOS MÍNIMOS INDISPENSABLES EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO.
17	1009267	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PARA LAS PARTIDAS NO. 8, 9, 10, 11, 12, 13, DEBIDO A QUE EN EL REQUERIMIENTO INICIAL MENCIONA	NO SE ACEPTA. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CLAVE SOLICITADA EN EL



2026
año de
Margarita Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CV			CLAVES DE CUADRO BÁSICO, MODELOS ESPECÍFICOS DE LA MARCA FISHER & PAYKEL, PARA LA TERAPIA DE BCPAP, DADO QUE ESTA TECNOLOGÍA EMPLEA TODOS LOS CONSUMIBLES POR SEPARADO PARA EL EMPLEO COMPLETO DE LA TERAPIA DE BCPAP Y AL SER SOLICITADO ASÍ EL REQUERIMIENTO INICIAL, SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, AL NO EXISTIR EN EL MERCADO OTRA TECNOLOGÍA QUE MANEJE LOS CONSUMIBLES POR SEPARADO PARA ESTA TERAPIA, Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA QUE PERMITE QUE SOLO UN LICITANTE PUEDA OFERTAR ACORDE LA REQUERIMIENTO INICIAL. PREGUNTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE QUE EXISTA MAYOR PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA ECONÓMICA, A FAVOR DEL INSTITUTO, NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTAS PARTIDAS, 2 CLAVES PARA LA TERAPIA DE BCPAP EN TAMAÑOS DIFERENTES, DONDE CADA CLAVE SE COMPONE DE UN KIT QUE CUENTA CON LOS CONSUMIBLES TOTALES REQUERIDOS POR NUESTRA TECNOLOGÍA PROPIA A OFERTAR PARA LA TERAPIA DE BCPAP: CLAVE DE CUADRO BÁSICO 379.200.3844.00.00. NUESTRA TECNOLOGÍA SE COMPONE DE KIT DE SISTEMA CPAP DE BURBUJAS CON CABLE CALEFACTADO ÚNICO DE 1.6 METROS, EXTENSIÓN DE INCUBADORA DE 0.3 M, EXTREMIDAD ESPIRATORIA CORRUGADA, PIEZA EN T CON PUERTO, CONECTORES, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN DE 40 CMH20, CÁMARA DE LLENADO AUTOMÁTICO, GENERADOR CPAP DE BURBUJAS Y JUEGO DE CÁNULAS NASALES PARA BEBÉS DE TAMAÑO 0. CAJA CON 10 PIEZAS. EL TAMAÑO OFERTADO 0 ES EQUIVALENTE AL TAMAÑO CHICO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, CON TECNOLOGÍA PROPIA PARA LA TERAPIA DE BCPAP.	PRESENTE REQUERIMIENTO, ANEXO 01 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" PARTIDA 8-13
18	1009268	SOLUCIONES BIKOAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	CONTINUACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR CLAVE DE CUADRO BÁSICO 379.200.3851.00.00. NUESTRA TECNOLOGÍA SE COMPONE DE KIT DE SISTEMA CPAP DE BURBUJAS CON CABLE CALEFACTADO ÚNICO DE 1.6 METROS, EXTENSIÓN DE INCUBADORA DE 0.3 M, EXTREMIDAD ESPIRATORIA CORRUGADA, PIEZA EN T CON PUERTO, CONECTORES, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN DE 40 CMH20, CÁMARA DE LLENADO AUTOMÁTICO, GENERADOR CPAP DE BURBUJAS Y JUEGO DE CÁNULAS NASALES PARA BEBÉS DE TAMAÑO 1. CAJA CON 10 PIEZAS. EL TAMAÑO OFERTADO 1 ES EQUIVALENTE AL TAMAÑO MEDIANO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, CON TECNOLOGÍA PROPIA PARA LA TERAPIA DE BCPAP. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CLAVE SOLICITADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, ANEXO 01 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" PARTIDA 8-14
19	1009269	SOLUCIONES BIKOAVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	EN CASO DE NO ACEPTAR LA PROPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE JUSTIFICAR SU RESPUESTA. TODA VEZ QUE LA PROPUESTA NO AFECTA LA FUNCIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO, AL SER PROPUESTAS PARA TERAPIA DE BCPAP CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO SIN QUE ESTO REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN A LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, MISMA QUE SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO GUARDAR CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA A LAS PARTIDAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
20	1011111	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS	TÉCNICO	4.24.3 ANEXO TÉCNICO	EN RELACIÓN CON EL ANEXO TÉCNICO Y EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO", ¿SE SOLICITA CONFIRMAR SI LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO DEBERÁN SER	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SA DE CV			100% COMPATIBLES CON LOS CONSUMIBLES OFERTADOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYENDO CAMBIOS DE LOTE O ACTUALIZACIONES DEL INSUMO, SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO CLÍNICO NI GENERAR COSTOS ADICIONALES PARA EL INSTITUTO?	
21	1011112	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	TÉCNICO	4.24.3 ANEXO TÉCNICO	CONSIDERANDO QUE LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PERMANECERÁN OPERANDO DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ¿SE SOLICITA CONFIRMAR SI, EN CASO DE PRESENTARSE UNA FALLA QUE IMPIDA EL CONSUMO DEL INSUMO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ SUSTITUIR TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE EL EQUIPO, A FIN DE NO AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO CLÍNICO EN LA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA LICITANTE
22	1011113	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	TÉCNICO	4.24.3 ANEXO TÉCNICO	RESPECTO A LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, ¿SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA, REFACCIONES, CONSUMIBLES PROPIOS DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES NECESARIAS, SIN GENERAR COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
23	1011114	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	TÉCNICO	4.24.3 ANEXO TÉCNICO	EN RELACIÓN CON LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, ¿SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS HÁBILES PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES ASOCIADOS A FALLAS DE LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO SERÁ CONSIDERADO UN REQUISITO TÉCNICO OBLIGATORIO, INDEPENDIEMENTE DE LA UBICACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DE SERVICIO DEL PROVEEDOR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
24	1011115	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	TÉCNICO	4.24.3 ANEXO TÉCNICO	EN RELACIÓN CON EL ANEXO TÉCNICO, ESPECÍFICAMENTE RESPECTO A LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PROPIEDAD DEL LICITANTE, Y CONSIDERANDO QUE DICHOS EQUIPOS DEBERÁN PERMANECER OPERANDO DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ¿SE SOLICITA CONFIRMAR SI, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA, SEGURIDAD CLÍNICA Y ADECUADA ATENCIÓN TÉCNICA, SERÁ REQUERIDO QUE LOS LICITANTES ACREDITEN CONTAR CON RESPALDO TÉCNICO DEL FABRICANTE O, EN SU CASO, SER DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DEL MISMO, PARA EFECTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SÍ SE ACEPTA PRESENTAR "RESPALDO TÉCNICO DEL FABRICANTE O, EN SU CASO, SER DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DEL MISMO" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHO DOCUMENTO SERÁ OBJETO DE EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE
25	1011116	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	TÉCNICO	4.24.3 ANEXO TÉCNICO	CONSIDERANDO QUE EL PROVEEDOR ES RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, DEL EQUIPO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO Y DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ¿SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERÁ CONSIDERADO EL ÚNICO RESPONSABLE TÉCNICO Y OPERATIVO ANTE EL INSTITUTO POR CUALQUIER INCIDENCIA RELACIONADA CON LA TERAPIA DE ALTO FLUJO OFERTADA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA LICITANTE DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO Y/O PREVENTIVOS DEPENDIENDO EL CASO, ASEGURANDO LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS EN LOS PLAZOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
26	1011117	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	TÉCNICO	4.24.3 ANEXO TÉCNICO	EN RELACIÓN CON EL ANEXO TÉCNICO, ESPECÍFICAMENTE EN EL PUNTO DONDE SE INDICA QUE "LOS CONECTORES DE AIRE MÉDICO Y OXÍGENO DEBEN DE SER COMPATIBLES CON ENTRADAS DE GASES MEDICINALES DE LOS HOSPITALES HGZ 1, HGZ 2 Y HGZ 6", ¿SE SOLICITA CONFIRMAR CUÁLES	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADO DEBERÁ HACER EL ENLACE CON LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE LA GUARDA Y CUSTODIA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

Table with 7 columns: No., ID DE LA PREGUNTA, LICITANTE, TIPO DE ACLARACIÓN, SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, ACLARACIÓN, RESPUESTA. Row 27 details a question about technical specifications and the response refers to terms and conditions.

LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO, PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS, QUE CUENTAN CON UN PLAZO DE 06 (SEIS) HORAS PARA FORMULAR Y ENVIAR POR LA PLATAFORMA COMPRAS MX, LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS, MISMAS A LAS QUE SE LE DARAN CONTESTACION EL DÍA 30 DE ENERO DE 2026 A LAS 12:00 HORAS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DÉCIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE HACE CONSTAR QUE A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGUNA PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR.

II.- CIERRE DE ACTA:

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, CP. 78436, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, EN UN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 16:00 HORAS, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: https://compras.mx.buengobierno.gob.mx/ ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADO EL INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE 11 (ONCE) PÁGINAS Y 03 (TRES) PÁGINAS DE ANEXOS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

Table with 2 columns: SERVIDOR PÚBLICO and FIRMA. Rows include MTRA. MARISOL MIER CASTILLO, LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES, L.A. J. BULMARO SEGURA FLORES, ING. DANIELA BERENICE CASTRO RÍOS, and two 'NO SE PRESENTO' entries.



ANEXO 1

REPORTE DE LAS SOLICITUDES DE
ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
Y ESCRITOS DE INTERES EN
PARTICIPAR A TRAVES DE LA
PLATAFORMA





EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 28 de enero de 2026 a las 12:27

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2025-00116793**
Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026**
Número de junta: 1

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	5 de enero de 2026 a las 12:39	8 de enero de 2026 a las 15:51	SI	NO
2	COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV	7 de enero de 2026 a las 11:06		NO	NO
3	DIANMA SOLUTIONS SA DE CV	27 de enero de 2026 a las 10:31		NO	NO
4	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	31 de diciembre de 2025 a las 10:40	31 de diciembre de 2025 a las 10:40	NO	NO
5	DISTRIBUIDORA PROVECER SA DE CV	16 de enero de 2026 a las 13:01		NO	NO
6	GRACIELA MEDEL ALFARO	3 de enero de 2026 a las 12:42	3 de enero de 2026 a las 12:43	NO	NO
7	IDEM MEDICAL SA DE CV	20 de enero de 2026 a las 13:57		NO	NO



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



8	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	31 de diciembre de 2025 a las 10:57	8 de enero de 2026 a las 14:50	NO	NO
9	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	27 de enero de 2026 a las 09:42	27 de enero de 2026 a las 09:44	SI	NO
10	NOVATEC MEDICAL SA DE CV	6 de enero de 2026 a las 13:58		NO	NO
11	PRANA MEDICAL SA DE CV	5 de enero de 2026 a las 08:20		NO	NO
12	SOLUCIONES BIOKAVI SA DE CV	21 de enero de 2026 a las 20:13	21 de enero de 2026 a las 20:16	SI	NO
13	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	6 de enero de 2026 a las 14:06		NO	NO
14	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	6 de enero de 2026 a las 13:53		NO	NO
15	VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR	14 de enero de 2026 a las 15:11		NO	NO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **30 DE ENERO DE 2026**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO **LA CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026 DEL O.O.A.D. SAN LUIS POTOSÍ, RÉGIMEN ORDINARIO**, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36, 37, **39 FRACCIÓN II**, 40, 43, 44, 50, **68**, 71 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS **ARTÍCULOS 84, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO**, ASÍ COMO DEL **NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

EL ACTO ES PRESIDIDO POR LA **MTRA. MARISOL MIER CASTILLO**, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE REPLANTEAMIENTOS EN RELACIÓN A LAS ACLARACIONES OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, CUYAS **REPREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA**, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.

ANTECEDENTES:

SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **28 DE ENERO DE 2026**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA **LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026 DEL O.O.A.D. SAN LUIS POTOSÍ, RÉGIMEN ORDINARIO**, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36, 37, **39 FRACCIÓN II**, 40, 43, 44, 50, **68**, 71 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS **ARTÍCULOS 84, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO**, ASÍ COMO DEL **NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

EL PRESIDENTE DEL ACTO DIO INICIO A LA **JUNTA DE ACLARACIONES** SEÑALANDO QUE EL **27 DE ENERO DE 2026 SI SE RECIBIERON PREGUNTAS**, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, **SE RECIBEN** SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y **SE RECIBEN** ESCRITOS DE INTERES EN PARTICIPAR, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA.

No.	LICITANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ESCRITO DE INTERES	PREGUNTAS
1	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	SI	5
2	COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV	NO	0
3	DIANMA SOLUTIONS SA DE CV	NO	0
4	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	NO	0
5	DISTRIBUIDORA PROVECER SA DE CV	NO	0
6	GRACIELA MEDEL ALFARO	NO	0
7	IDEM MEDICAL SA DE CV	NO	0
8	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	NO	0
9	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	SI	8
10	NOVATEC MEDICAL SA DE CV	NO	0
11	PRANA MEDICAL SA DE CV	NO	0
12	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	SI	14
13	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	NO	0
14	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	NO	0
15	VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR	NO	0
TOTAL DE PREGUNTAS RECIBIDAS			27



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

SIENDO EL DÍA **28 DE ENERO DE 2026**, LA CONVOCANTE PROCEDE A ENVIAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA, LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS A LA CONVOCATORIA QUE ESTIMARON PERTINENTES LOS LICITANTES Y, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL RESPECTIVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO, PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES REVISEN **LAS RESPUESTAS OTORGADAS**, QUE CUENTAN CON UN **PLAZO DE 06 (SEIS) HORAS** PARA FORMULAR Y ENVIAR POR LA **PLATAFORMA COMPRAS MX**, LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS **RESPUESTAS EMITIDAS**, MISMAS A LAS QUE SE LE DARAN CONTESTACION EL DÍA **30 DE ENERO DE 2026 A LAS 12:00 HORAS**. LO ANTERIOR POR TRATARSE DE UNA **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA** EN LA PLATAFORMA, PARA QUE POSTERIORMENTE SE DE **CONTINUIDAD** CON LA PRESENTE **JUNTA DE ACLARACIONES**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 91 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.- DESARROLLO DEL EVENTO.-

UNA VEZ QUE CONCLUYÓ EL TIEMPO PREVISTO POR LA CONVOCANTE PARA RECIBIR PREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS **RESPUESTAS OTORGADAS**, SE PROCEDE NUEVAMENTE A ESTABLECER EL ENLACE POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA, IDENTIFICÁNDOSE QUE **SI** SE RECIBIERON **REPLANTEAMIENTOS** A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA ELECTRÓNICO, DEL CUAL SE AGREGA **ACUSE DE REPREGUNTAS** EMITIDO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA, EL CUAL SE PRESENTA EN EL **ANEXO 01 (UNO)**.

No.	LICITANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	REPREGUNTAS
1	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	0
2	COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV	0
3	DIANMA SOLUTIONS SA DE CV	0
4	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	0
5	DISTRIBUIDORA PROVEKER SA DE CV	0
6	GRACIELA MEDEL ALFARO	0
7	IDEM MEDICAL SA DE CV	0
8	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	0
9	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	0
10	NOVATEC MEDICAL SA DE CV	0
11	PRANA MEDICAL SA DE CV	0
12	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	7
13	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	0
14	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	0
15	VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR	0
TOTAL DE REPREGUNTAS RECIBIDAS		7

SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS REPREGUNTAS REALIZADAS EN RAZÓN DE LAS ACLARACIONES OTORGADAS POR LA CONVOCANTE Y/O ÁREA TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	103894	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	PREGUNTA 1009150	EN RELACIÓN CON LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE RESPECTO A LA SECCIÓN II "DE LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO O PROPIEDAD DEL LICITANTE", Y CONSIDERANDO QUE SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE FACTURA PARA ACREDITAR LA LEGAL POSESIÓN Y, DE MANERA COMPLEMENTARIA, DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PODRÁ	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA CUMPLIMIENTO DE DICHO NUMERAL DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE UNA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPROBE LA LEGAL POSESIÓN EN DONDE SE ESPECIFIQUE LA FECHA DE FABRICACIÓN Y NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS, MISMA QUE DEBERÁ COINCIDIR





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
				PRESENTARSE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE COMO DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA LEGAL POSESIÓN DE LOS EQUIPOS, SIEMPRE QUE DICHO CONTRATO PERMITA IDENTIFICAR LOS NÚMEROS DE SERIE, LOTES Y AÑO DE FABRICACIÓN, Y SE COMPLEMENTE, EN SU CASO, CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE CADA EQUIPO, A EFECTO DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDO EN EL SECCIÓN II?	CON LA MARCA Y MODELO PRESENTANDO EN SUS CATÁLOGOS O "FACTURA PARA ACREDITAR LA LEGAL POSESIÓN Y, DE MANERA COMPLEMENTARIA, CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE EN LA QUE SE INDIQUEN LOS NÚMEROS DE SERIE, LOTES Y AÑO DE FABRICACIÓN DE CADA EQUIPO, EXPLICANDO SU SISTEMA DE LOTIFICACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE CADA EQUIPO"
2	103895	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	PREGUNTA 1009267	PREGUNTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA PARTIDA NO. 8, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y QUE PUEDA EXISTIR LIBRE COMPETENCIA PARA OFRECER AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP, PERMITA OFERTAR SISTEMA DE CPAP DE BURBUJA CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA LICITANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA DE SISTEMA CPAP INCLUYE CIRCUITO RESPIRATORIO CALEFACTADO ÚNICO, EXTENSIÓN DE INCUBADORA, EXTREMIDAD ESPIRATORIA CORRUGADA, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN DE 40 CMH2O, CÁMARA DE LLENADO AUTOMÁTICO Y GENERADOR CPAP DE BURBUJAS. LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS PARA LA PARTIDA 8, NO AFECTA LA FUNCIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO, AL SER DISEÑADAS Y PROPUESTAS PARA TERAPIA DE BCPAP. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SÍ SE ACEPTA OFERTAR "STEMA DE CPAP DE BURBUJA CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA LICITANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA DE SISTEMA CPAP INCLUYE CIRCUITO RESPIRATORIO CALEFACTADO ÚNICO, EXTENSIÓN DE INCUBADORA, EXTREMIDAD ESPIRATORIA CORRUGADA, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN DE 40 CMH2O, CÁMARA DE LLENADO AUTOMÁTICO Y GENERADOR CPAP DE BURBUJAS" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA NO DEBERÁ REPRESENTAR UNA MODIFICACIÓN A LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, MISMA QUE SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO GUARDAR CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA A LAS PARTIDA 8 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
3	103896	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	PREGUNTA 1009267	PREGUNTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA PARTIDA NO. 9, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y QUE PUEDA EXISTIR LIBRE COMPETENCIA PARA OFRECER AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP, PERMITA OFERTAR SISTEMA DE CPAP QUE CONTIENE PIEZA EN T CON PUERTO Y CONECTORES QUE ENLAZAN O CONECTAN EL SISTEMA CPAP DE BURBUJAS CON LA INTERFAZ DEL PACIENTE, EL CUAL ES LA FUNCIÓN TÉCNICA DE LA CLAVE DE LA PARTIDA NO. 9, POR LO QUE LA PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA NO AFECTA LA FUNCIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO, AL OFRECER TECNOLOGÍA PROPIA QUE REALIZA LA MISMA FUNCIÓN TÉCNICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SÍ SE ACEPTA OFERTAR "SISTEMA DE CPAP QUE CONTIENE PIEZA EN T CON PUERTO Y CONECTORES QUE ENLAZAN O CONECTAN EL SISTEMA CPAP DE BURBUJAS CON LA INTERFAZ DEL PACIENTE" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA NO DEBERÁ REPRESENTAR UNA MODIFICACIÓN A LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, MISMA QUE SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO GUARDAR CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA A LAS PARTIDA 9 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
4	103897	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	PREGUNTA 1009267	PREGUNTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA PARTIDA NO. 10, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y QUE PUEDA EXISTIR LIBRE COMPETENCIA PARA OFRECER AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP PERMITA OFERTAR JUEGO DE CÁNULAS CPAP TAMAÑO 0 DE SILICONA SUAVE CURVADA ANATÓMICAMENTE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD PARA UN AJUSTE SEGURO Y SIN FUGAS Y MINIMIZAR EL RIESGO DE DAÑO TISULAR, LA CUAL ES EQUIVALENTE AL TAMAÑO SOLICITADO EN LA CLAVE, PERO PROPIO DE NUESTRA TECNOLOGÍA PARA EL USO Y SUMINISTRO DE LA TERAPIA DE BCPAP. POR LO QUE LA PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA NO AFECTA LA FUNCIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO, AL OFRECER TECNOLOGÍA PROPIA QUE REALIZA LA MISMA FUNCIÓN TÉCNICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SÍ SE ACEPTA OFERTAR "JUEGO DE CÁNULAS CPAP TAMAÑO 0 DE SILICONA SUAVE CURVADA ANATÓMICAMENTE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD PARA UN AJUSTE SEGURO Y SIN FUGAS Y MINIMIZAR EL RIESGO DE DAÑO TISULAR", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DSIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA NO DEBERÁ REPRESENTAR UNA MODIFICACIÓN A LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, MISMA QUE SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO GUARDAR CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA A LAS PARTIDA 10 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
5	103898	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	PREGUNTA 1009267	PREGUNTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA PARTIDA NO. 11, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y QUE PUEDA EXISTIR LIBRE COMPETENCIA PARA OFRECER AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP PERMITA OFERTAR JUEGO DE CÁNULAS CPAP TAMAÑO 1 DE SILICONA SUAVE CURVADA ANATÓMICAMENTE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD PARA UN AJUSTE SEGURO Y SIN FUGAS Y MINIMIZAR EL RIESGO DE DAÑO TISULAR, LA CUAL ES EQUIVALENTE AL TAMAÑO SOLICITADO EN LA CLAVE, PERO PROPIO DE NUESTRA TECNOLOGÍA PARA EL USO Y SUMINISTRO DE LA TERAPIA DE BCPAP. POR LO QUE LA PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA NO AFECTA LA FUNCIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO, AL OFRECER TECNOLOGÍA PROPIA QUE REALIZA LA MISMA FUNCIÓN TÉCNICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SÍ SE ACEPTA OFERTAR "JUEGO DE CÁNULAS CPAP TAMAÑO 1 DE SILICONA SUAVE CURVADA ANATÓMICAMENTE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD PARA UN AJUSTE SEGURO Y SIN FUGAS Y MINIMIZAR EL RIESGO DE DAÑO TISULAR" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA NO DEBERÁ REPRESENTAR UNA MODIFICACIÓN A LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, MISMA QUE SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO GUARDAR CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA A LAS PARTIDA 11 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA



2026
año de
Margarita Maza

Av. de Los Conventos No.107-111 Col. Hogares Ferrocarrileros 1ra. Sección, C.P. 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Teléfono: (44) 4 818 2425 EXT: 470 www.imss.gob.mx



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
6	103899	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	PREGUNTA 1009267	PREGUNTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA PARTIDA NO. 12, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y QUE PUEDA EXISTIR LIBRE COMPETENCIA PARA OFRECER AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP PERMITA OFERTAR GORRO SUAVE PARA BCPAP CON CORREAS DE SUJECCIÓN DEL GORRO Y SISTEMA CPAP QUE AYUDAN A POSICIONAR EL TUBO DEL CIRCUITO, LO QUE REDUCE EL RIESGO DE MOVIMIENTO DE LA CÁNULA. LA PROPIA EQUIVALENTE AL TAMAÑO SOLICITADO EN LA CLAVE, PERO PROPIO DE NUESTRA TECNOLOGÍA PARA EL USO Y SUMINISTRO DE LA TERAPIA DE BCPAP. POR LO QUE LA PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA NO AFECTA LA FUNCIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO, AL OFRECER TECNOLOGÍA PROPIA QUE REALIZA LA MISMA FUNCIÓN TÉCNICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SÍ SE ACEPTA OFERTAR "GORRO SUAVE PARA BCPAP CON CORREAS DE SUJECCIÓN DEL GORRO Y SISTEMA CPAP QUE AYUDAN A POSICIONAR EL TUBO DEL CIRCUITO, LO QUE REDUCE EL RIESGO DE MOVIMIENTO DE LA CÁNULA" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA NO DEBERÁ REPRESENTAR UNA MODIFICACIÓN A LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, MISMA QUE SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO GUARDAR CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA A LAS PARTIDA 12 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
7	103900	SOLUCIONES BOKAVI SA DE CV	PREGUNTA 1009267	PREGUNTAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA PARTIDA NO. 13, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y QUE PUEDA EXISTIR LIBRE COMPETENCIA PARA OFRECER AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP PERMITA OFERTAR GORRO SUAVE PARA BCPAP CON CORREAS DE SUJECCIÓN DEL GORRO Y SISTEMA CPAP QUE AYUDAN A POSICIONAR EL TUBO DEL CIRCUITO, LO QUE REDUCE EL RIESGO DE MOVIMIENTO DE LA CÁNULA. LA PROPIA EQUIVALENTE AL TAMAÑO SOLICITADO EN LA CLAVE, PERO PROPIO DE NUESTRA TECNOLOGÍA PARA EL USO Y SUMINISTRO DE LA TERAPIA DE BCPAP. POR LO QUE LA PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA NO AFECTA LA FUNCIÓN DEL PRESENTE REQUERIMIENTO, AL OFRECER TECNOLOGÍA PROPIA QUE REALIZA LA MISMA FUNCIÓN TÉCNICA PARA LA TERAPIA DE BCPAP. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SÍ SE ACEPTA OFERTAR "GORRO SUAVE PARA BCPAP CON CORREAS DE SUJECCIÓN DEL GORRO Y SISTEMA CPAP QUE AYUDAN A POSICIONAR EL TUBO DEL CIRCUITO, LO QUE REDUCE EL RIESGO DE MOVIMIENTO DE LA CÁNULA" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA NO DEBERÁ REPRESENTAR UNA MODIFICACIÓN A LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA ESPECIFICADA EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO, MISMA QUE SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO GUARDAR CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA A LAS PARTIDA 13 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

ESTA CONVOCANTE CONSIDERA QUE **LAS RESPUESTAS QUE FUERON OTORGADAS** CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN A LOS CUESTIONAMIENTOS O DUDAS DE LOS LICITANTES Y QUE SE LES PROPORCIONÓ TODA LA INFORMACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 91 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN ESTE ACTO SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

EVENTO: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

FECHA	HORA	MEDIO DE PARTICIPACIÓN
09 DE FEBRERO DE 2026	12:00 HORAS	EL ACTO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36, DE LA LAASSP, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (COMPRAS MX).

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DÉCIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE HACE CONSTAR QUE A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGUNA PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR.



2026
año de
Margarita Maza

Av. de Los Conventos No.107-111 Col. Hogares Ferroviarios 1ra. Sección, C.P. 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Teléfono: (44)4 818 2425 EXT: 410 www.imss.gob.mx



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN EQUIPO DE ALTO FLUJO, EJERCICIO 2026.

II.- CIERRE DE ACTA:

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, CP. 78436, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, EN UN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 16:00 HORAS, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/ ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADO LA CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE 05 (CINCO) PÁGINAS Y 03 (TRES) PÁGINAS DE ANEXOS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

Table with 2 columns: SERVIDOR PÚBLICO and FIRMA. Rows include MTRA. MARISOL MIER CASTILLO, LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES, L.A. J. BULMARO SEGURA FLORES, and LSC. IVÁN ARTURO LARA TORRES.



ANEXO 1

REPORTE DE LOS REPLANTEAMIENTOS
PRESENTADOS

W

88 *X*



EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 30 de enero de 2026 a las 13:33

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2025-00116793**

Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR023-T-25-2026**

Número de junta: **1**

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaración	Acuse(s) de repreguntas
1	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	5 de enero de 2026 a las 12:39	8 de enero de 2026 a las 15:51	SI	NO
2	CAPRIVEK SA DE CV	28 de enero de 2026 a las 21:57		NO	NO
3	COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV	7 de enero de 2026 a las 11:06		NO	NO
4	DIANMA SOLUTIONS SA DE CV	27 de enero de 2026 a las 10:31		NO	NO
5	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	31 de diciembre de 2025 a las 10:40	31 de diciembre de 2025 a las 10:40	NO	NO
6	DISTRIBUIDORA PROVECER SA DE CV	16 de enero de 2026 a las 13:01		NO	NO
7	GRACIELA MEDEL ALFARO	3 de enero de 2026 a las 12:42	3 de enero de 2026 a las 12:43	NO	NO
8	IDEM MEDICAL SA DE CV	20 de enero de 2026 a las 13:57		NO	NO



<https://www.gob.mx/buengobierno>



9	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	31 de diciembre de 2025 a las 10:57	8 de enero de 2026 a las 14:50	NO	NO
10	LUUM SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	27 de enero de 2026 a las 09:42	27 de enero de 2026 a las 09:44	SI	NO
11	NOVATEC MEDICAL SA DE CV	6 de enero de 2026 a las 13:58		NO	NO
12	PRANA MEDICAL SA DE CV	5 de enero de 2026 a las 08:20		NO	NO
13	SOLUCIONES BIOKAVI SA DE CV	21 de enero de 2026 a las 20:13	21 de enero de 2026 a las 20:16	SI	SI
14	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	6 de enero de 2026 a las 14:06		NO	NO
15	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	6 de enero de 2026 a las 13:53		NO	NO
16	VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR	14 de enero de 2026 a las 15:11		NO	NO

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]





Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>
