



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL DÍA **07 DE JULIO DE 2026**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO **LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026, PARA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SAN LUIS POTOSÍ, EJERCICIO 2026**, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36, 37, **39 FRACCIÓN I**, 40, 43, 44, 50, **68**, 71 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS **ARTÍCULOS 84, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO**, ASÍ COMO DEL **NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.**

EL ACTO ES PRESIDIDO POR LA **MTRA. MARISOL MIER CASTILLO**, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO Y, CUYAS PREGUNTAS **SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA** A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, LA PLATAFORMA NO LES PERMITIRÁ FORMULAR PREGUNTAS.

I.- DESARROLLO DEL EVENTO.-

EL PRESIDENTE DEL ACTO, ES ASISTIDO POR REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, LA **LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, EL **L.A. J. BULMARO SEGURA FLORES**, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EL **C.P. ROSALÍO MARTÍNEZ NOYOLA** SUPERVISOR DE PROYECTOS E2, QUIENES DARÁN RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO; EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS, SE PRESENTA LA **ING. DANIELA BERENICE CASTRO RÍOS**, INGENIERA BIOMÉDICA DELEGACIONAL, QUIEN DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO, POR PARTE DEL ÁREA **JURÍDICA** NO SE PRESENTA QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/0510/2026 Y EL REPRESENTANTE DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES NO SE PRESENTA, QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/0511/2026.

ANTECEDENTES:

EL PRESIDENTE DEL ACTO DA INICIO A LA **JUNTA DE ACLARACIONES** SEÑALANDO QUE EL **05 DE JULIO DE 2026** **SI SE RECIBIERON PREGUNTAS** EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, **SE RECIBEN** SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y **SE RECIBEN** ESCRITOS DE INTERES EN PARTICIPAR, DEL CUAL SE AGREGA REPORTE EMITIDO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA, EL CUAL SE PRESENTA EN EL **ANEXO 01 (UNO).**

No.	LICITANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ESCRITO DE INTERES	PREGUNTAS
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SI	1
2	COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL SA DE CV	SI	4
3	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	SI	0
4	CONSULTMED REGULATION SA DE CV	NO	0
5	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	SI	53
6	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	SI	0
7	GERD YERIK SA DE CV	NO	0
8	GRACIELA MEDEL ALFARO	SI	0
9	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	NO	0
10	INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA S DE RL DE CV	SI	4
11	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	SI	0
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	SI	20
13	MED RENT SA DE CV	SI	10



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	LICITANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ESCRITO DE INTERES	PREGUNTAS
14	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	SI	10
15	MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV	NO	0
16	OSCAR FABIAN GOMEZ VALENCIA	NO	0
17	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	NO	0
18	TECNOMEDICS SA DE CV	SI	0
19	VARLIX MEXICO SA DE CV	NO	0
TOTAL DE PREGUNTAS RECIBIDAS			102

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2026, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026, PARA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SAN LUIS POTOSÍ, EJERCICIO 2026, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36, 37, 39 FRACCIÓN I, 40, 43, 44, 50, 68, 71 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 84, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

ACTO SEGUIDO SE INFORMA QUE CON LA FINALIDAD DE CONTESTAR DE FORMA CLARA Y PRECISA TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, LA CONVOCANTE DIFIERE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES, PROGRAMANDO SU REANUDACIÓN A LAS 13:00 HORAS DEL 07 DE JULIO DE 2026 EN LA PLATAFORMA DIGITAL COMPRAS MX, CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 91 FRACCIÓN I PRIMER PARRAFO DE SU REGLAMENTO.

HECHO QUE SE HIZO CONSTAR EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO.

SE REALIZA(N) LA(S) SIGUIENTE(S) PRECISIÓN(ES) A ESTA CONVOCATORIA DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA CONVOCANTE.

PRECISIÓN 1 ÁREA CONVOCANTE:

SE ADJUNTAN ARCHIVO EDITABLE EN FORMATO EXCEL A LA PLATAFORMA, LA PROPUESTA ECONÓMICA CON LAS CORRECCIONES PERTINENTES DENOMINADO PE-N-84-2026.xls DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DEL ANEXO 01 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" CON IMPORTE POR 5 MESES.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASI COMO LA RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE Y AREA TÉCNICA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	1154354	MED RENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.4.1. PROPOSICIONES CONJUNTAS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN EL CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE DE FORMA CONJUNTA, SE TENDRÁ POR CUMPLIDO EL REQUISITO SI EL LICITANTE PRESENTA EL ANEXO 13 "MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA" DEBIDAMENTE FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, INSERTANDO LA LEYENDA "ESTE ANEXO NO APLICA A MI REPRESENTADA". FAVOR DE CONFIRMAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	1154355	MED RENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE UN ANEXO NO LE APLIQUE A MI REPRESENTADA ENTREGARLO CON LA LEYENDA "NO APLICA"	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE EN LOS INCISOS EN LOS QUE NO APLIQUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, PODRÁ PRESENTAR LA CARÁTULA DE LOS MISMOS CON LA LEYENDA "NO APLICA".



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
3	1154356	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 02 "TÉRMINOS Y CONDICIONES"	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI EL ESCRITO DE CENTROS DE SERVICIO (DOMICILIOS Y HORARIOS) Y EL REPORTE TÉCNICO DEBERÁN SER ENTREGADOS ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE ADJUDICADO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO DE CENTROS DE SERVICIO (DOMICILIOS Y HORARIOS) PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA ASÍ COMO DEMÁS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.
4	1154357	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 02 "TÉRMINOS Y CONDICIONES"	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI EL ESCRITO DE PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁN SER ENTREGADOS ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE ADJUDICADO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS) PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA ASÍ COMO DEMÁS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.
5	1154358	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1. CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	DE ACUERDO CON EL LISTADO DEL ANEXO 1. CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SE DETALLAN CANTIDADES ESPECÍFICAS DE CONSUMIBLES. ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LAS CANTIDADES INDICADAS EN DICHO ANEXO REPRESENTAN EL SUMINISTRO TOTAL INICIAL REQUERIDO PARA LOS EQUIPOS EN ARRENDAMIENTO, O SI EL LICITANTE ADJUDICADO ESTARÁ OBLIGADO A SURTIR CONSUMIBLES ADICIONALES DE MANERA ILIMITADA Y SIN COSTO DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁN DE SUMINISTRAR ÚNICAMENTE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DESCRITOS EN EL ANEXO. 1 REQUERIMIENTO.
6	1154379	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	BASES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA RENTA DEL EQUIPO SE COTIZARA POR DÍA, MES O AÑO DE VIGENCIA DEL CONTRATO	EL ARRENDAMIENTO SERÁ DE MANERA MENSUAL.
7	1154380	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	BASES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SI EL EQUIPO PASA A SER PROPIEDAD DEL INSTITUTO O SE REGRESA AL LICITANTE	FAVOR DE APEGARSE A LO MENCIONADO EN ANEXO 1. REQUERIMIENTO: AL CONCLUIR EL CONTRATO EL PROVEEDOR DEBERÁ RETIRAR LOS EQUIPOS ARRENDADOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO.
8	1154381	MED RENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 20	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SE ACEPTA QUE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL IMSS, SAT E INFONAVIT POSITIVAS Y VIGENTES SEAN PRESENTADAS CON FECHA COMPRENDIDA ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO (SAT, IMSS E INFONAVIT) POSITIVAS, CON FECHA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FECHA DE LA FIRMA DE CONTRATO DONDE LAS DEBERÁ PRESENTAR NUEVAMENTE POSITIVAS Y VIGENTES DE RESULTAR ADJUDICADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
9	1154382	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 02 "TÉRMINOS Y CONDICIONES"	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA A 30 DÍAS NATURALES	FAVOR DE APEGARSE A LAS FECHAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÉCNICO REQUERIMIENTO.
10	1154383	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 02 "TÉRMINOS Y CONDICIONES"	CON RELACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL "MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES", DONDE SE ESTIPULA QUE LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO QUE SE PROPONGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN : ¿SE CONFIRMARÁ QUE LOS LICITANTES PUEDEN OFERTAR EQUIPOS QUE NO SEAN NUEVOS (USADOS O DE REUSO), SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DOCUMENTAL Y FOTOGRÁFICAMENTE QUE SU FECHA DE FABRICACIÓN CUMPLE CON EL RANGO DE ANTIGÜEDAD SOLICITADO Y SE ANEXE LA ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REQUERIDA PARA ACREDITAR SUS ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO? FAVOR DE CONFIRMAR.	FAVOR DE REMITIRSE AL NUMERAL 7. C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO QUE SE PROPONGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN, MISMO QUE DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE UNA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, ADemás DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DONDE SEA CLARO Y VISIBLE EL AÑO DE FABRICACIÓN Y SERIE LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON LA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, MISMA QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LA MARCA Y MODELO PRESENTANDO EN SUS CATÁLOGOS. LOS EQUIPOS QUE DESCRIBA EN SU PROPOSICIÓN SERÁN CON LOS QUE PRESTARÁ EL



2026
año de
**Margarita
Maza**

Av. de Los Conventos No.107-111 Col. Hogares Ferroviarios 1ra. Sección, C.P. 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Teléfono: (44)4 818 2425 EXT: 410 www.imss.gov.mx



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
						SERVICIO, EN CASO DE PRESENTAR EQUIPOS DISTINTOS, NO SE DARÁ COMO RECIBIDOS.
11	1154436	INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA S DE RL DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2.3 Y ANEXO 4.3	QUE ACLARE EL CONVOCANTE LO SIGUIENTE: CON RELACIÓN AL NUMERAL 2.3 Y AL ANEXO 4.3 DE LAS BASES: ACLARAR SI SE ACEPTARÁ QUE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO TÉCNICO PROVISTOS POR EL FABRICANTE EXTRANJERO SE PRESENTEN EN SU IDIOMA DE ORIGEN ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LAS SECCIONES PRINCIPALES, O SI ES OBLIGATORIO QUE LA TOTALIDAD DE LOS MANUALES ESTÉN EN ESPAÑOL.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES PRESENTARLO DE ESTA MANERA.
12	1154438	INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA S DE RL DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES	QUE EL CONVOCANTE ACLARE LO SIGUIENTE: LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EXIGEN COMPROBAR QUE LOS EQUIPOS TENGAN UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS MEDIANTE LA ENTREGA DE UNA FACTURA, REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO DE LEGAL POSESIÓN, ACLARAR CÓMO SE DEBE PRESENTAR ESTA INFORMACIÓN SI PUEDE CONSIDERARSE COMO "CONFIDENCIAL".	FAVOR DE REMITIRSE AL NUMERAL 7. C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO QUE SE PROPONGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN, MISMO QUE DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE UNA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, ADEMÁS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DONDE SEA CLARO Y VISIBLE EL AÑO DE FABRICACIÓN Y SERIE LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON LA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, MISMA QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LA MARCA Y MODELO PRESENTANDO EN SUS CATÁLOGOS. LOS EQUIPOS QUE DESCRIBA EN SU PROPOSICIÓN SERÁN CON LOS QUE PRESTARÁ EL SERVICIO, EN CASO DE PRESENTAR EQUIPOS DISTINTOS, NO SE DARÁ COMO RECIBIDOS. DE CONSIDERAR COMO CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN DEBERÁ MANIFESTARLO EN EL ANEXO 14 DE ESTA CONVOCATORIA.
13	1154448	INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 12	QUE EL CONVOCANTE ACLARE LO SIGUIENTE: EL NUMERAL 12 DE LAS BASES (PROTOCOLO DE ACTUACIÓN) SEÑALA EXPRESAMENTE QUE "LA NO PRESENTACIÓN DE DICHO ACUSE, NO SERÁ CAUSAL DEL DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA", SIN EMBARGO, EL NUMERAL 4.1.3 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA) Y LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO ESTIPULAN QUE LA OMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL LISTADO LEGAL ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, Y AL CITAR LAS EXCEPCIONES DE DOCUMENTOS QUE "NO APLICAN" EN EL PUNTO 4.1.3, OMITEN MENCIONAR EL ANEXO 15 BIS, QUE EL CONVOCANTE ACLARE SI ES O NO CAUSA DE DESECHO EL PRESENTAR O NO DICHO ACUSE.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE BASTARÁ CON PRESENTAR EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DENOMINADO "ACUSE DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES" PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 15 BIS.
14	1154449	INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	QUE EL CONVOCANTE ACLARE LO SIGUIENTE: EL ANEXO TÉCNICO SEÑALA QUE SE DEBE CONSIDERAR LA "ENTREGA PERIÓDICA DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS" DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SIN EMBARGO, LAS NOTAS DE COMPATIBILIDAD AL FINAL DE LA TABLA DE CONSUMIBLES EXIGEN "REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE LOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS SOLICITADOS JUNTO CON EL EQUIPO". NO QUEDA CLARO SI LAS CANTIDADES LISTADAS POR EQUIPO SON UN SUMINISTRO INICIAL ÚNICO PARA TODO EL CONTRATO O SI SE DEBEN REPONER PERIÓDICAMENTE ANTE EL DESGASTE ORDINARIO. QUE EL CONVOCANTE ACLARE O ESPECIFIQUE LA CANTIDAD DE LOS INSUMOS QUE SE DEBEN DE ENTREGAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA O EN SU	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁN SUMINISTRAR ÚNICAMENTE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DESCRITOS EN EL ANEXO. 1 REQUERIMIENTO.



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					CASO QUE ESPECIFIQUE SI LA CANTIDAD QUE DICE LA TABLA DE CONSUMIBLES SERA ENTREGADA DE ALGUNA FORMA PERIÓDICA Y QUE INDIQUE EL PERIODO DE TIEMPO EN EL QUE SE ENTREGARAN DICHOS CONSUMIBLES.	
15	1154485	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 1.1.2.6	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR CON EQUIPO QUE CUENTA CON RANGO DE INTENSIDAD DE 0 A 139 DB PSPL COMO MÍNIMO YA QUE, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ESTE RANGO PERMITE TENER UN MARGEN OPERATIVO MÁS AMPLIO PARA EVALUAR PÉRDIDAS AUDITIVAS SEVERAS O PROFUNDAS ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
16	1154486	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 1.1.4.5	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR TECNOLOGÍA CON AJUSTE DE SENSIBILIDAD DE AL MENOS 10 NANOVOLTS Y 100 MILIVOLTS/DIVISIÓN EN 21 INTERVALOS YA QUE ESTE RANGO PERMITE UNA ADECUADA AMPLIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LAS SEÑALES BIOELÉCTRICAS EN ESTUDIOS DE ELECTROMIOGRAFÍA, CUBRIENDO SEÑALES DE MUY BAJA Y ALTA AMPLITUD Y BRINDANDO MAYOR PRECISIÓN DIAGNÓSTICA AL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
17	1154487	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 1.1.4.6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE, TODA VEZ QUE EL REQUERIMIENTO ACTUAL LIMITA LA PARTICIPACIÓN AL EXISTIR EVIDENCIA DE QUE ÚNICAMENTE UNA MARCA EN EL MERCADO CUMPLE Estrictamente con lo solicitado. EN ESTE SENTIDO, PROPONEMOS SE ACEPTE UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 48 KHZ, LA CUAL, EN COMBINACIÓN CON UNA MAYOR RESOLUCIÓN EN BITS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN (ADC), PERMITE OBTENER UNA SEÑAL DE ALTA FIDELIDAD, CON MEJOR RELACIÓN SEÑAL-RUIDO (SNR) Y MAYOR PRECISIÓN EN LA DIGITALIZACIÓN. CABE SEÑALAR QUE LA CALIDAD DE LA SEÑAL NO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO, SINO TAMBIÉN DE FACTORES COMO LA RESOLUCIÓN EN BITS, QUE INCREMENTA LA CAPACIDAD DE DISCRIMINAR VARIACIONES FINAS EN LA SEÑAL, EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL (DSP) PROPIO DE CADA FABRICANTE Y LA IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS DIGITALES AVANZADOS, QUE PERMITEN UNA SEÑAL MÁS ESTABLE, CONTINUA Y SIN RETRASOS PERCEPTIBLES. ASIMISMO, CONFORME AL TEOREMA DE NYQUIST, UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 48 KHZ ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA CUBRIR AMPLIAMENTE EL RANGO DE FRECUENCIAS REQUERIDO EN SEÑALES BIOMÉDICAS, GARANTIZANDO UNA CORRECTA RECONSTRUCCIÓN DE LA SEÑAL SIN PÉRDIDA DE INFORMACIÓN. POR LO ANTERIOR, LA TECNOLOGÍA PROPUESTA NO SOLO CUMPLE CON LO SOLICITADO, SINO QUE REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA, AL OFRECER MAYOR PRECISIÓN EN LA ADQUISICIÓN, MEJOR ESTABILIDAD DE LA SEÑAL Y ÓPTIMA VISUALIZACIÓN CLÍNICA. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE SE MANTIENEN Y SUPERAN LAS CONDICIONES FUNCIONALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
18	1154488	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 1.1.4.7.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON UN FILTRO	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SA DE CV			ALTO QUE CUBRE EL RANGO DE 30 HZ A 20 KHZ, ESTE RANGO MAXIMIZA LA FIDELIDAD DE LA SEÑAL, DEBIDO A QUE EL ANCHO DE BANDA DE LA SEÑAL DEL EMG SE UBICA EN EL RANGO DE 40 A 10 KHZ, LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE FRECUENCIAS POR DEBAJO DE 20-30 HZ SUELEN ASOCIARSE PRINCIPALMENTE A ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y RUIDO DE BAJA FRECUENCIA, SIN APORTAR INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA SIGNIFICATIVA EN LOS ESTUDIOS ELECTROMIOGRÁFICOS. POR OTRO LADO, EL CONTENIDO ÚTIL DE LA SEÑAL EMG SE CONCENTRA EN UN RANGO QUE PUEDE SER ADECUADAMENTE CAPTURADO POR CONFIGURACIONES DE FILTRADO QUE INICIAN POR ARRIBA DE DICHO UMBRAL, MANTENIENDO LA INTEGRIDAD Y CALIDAD DE LA SEÑAL PARA FINES CLÍNICOS. CONSIDERANDO QUE LO OFERTADO CUMPLE CON LA FUNCIÓN REQUERIDA, ¿SE ACEPTA?	PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
19	1154489	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 1.2.7	ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES MOTORAS (MUNE), SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍAS QUE UTILICEN NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE, COMO ES EL CASO DE MUNIX (MOTOR UNIT NUMBER INDEX), EN LUGAR DE REQUERIR ESPECÍFICAMENTE MUNE. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE MUNIX ES UNA METODOLOGÍA AMPLIAMENTE RECONOCIDA Y VALIDADA CLÍNICAMENTE PARA LA ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES MOTORAS, LA CUAL OFRECE RESULTADOS CONFIABLES, REPRODUCIBLES Y COMPARABLES, ADEMÁS DE PRESENTAR VENTAJAS COMO MENOR VARIABILIDAD DEPENDIENTE DEL OPERADOR, MAYOR RAPIDEZ EN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y MEJOR TOLERANCIA PARA EL PACIENTE. ASIMISMO, AMBAS METODOLOGÍAS PERSIGUEN EL MISMO OBJETIVO CLÍNICO DE EVALUAR LA INTEGRIDAD Y CANTIDAD DE UNIDADES MOTORAS, POR LO QUE EL USO DE MUNIX NO LIMITA NI AFECTA EL DIAGNÓSTICO, SINO QUE REPRESENTA UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA EQUIVALENTE O SUPERIOR. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE SE CUMPLEN LAS CONDICIONES FUNCIONALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
20	1154490	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 1.7.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE LA BOCINA PARA EMG ESTÁ INTEGRADA EN LA CONSOLA PARA PODER REPRODUCIR LOS SONIDOS DE LOS ESTUDIOS, Y LO CUAL NO ES NECESARIO EL TENER BOCINAS EXTRA, AL NO SER NECESARIAS. DE ACUERDO CON LO ANTES MENCIONADO, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
21	1154491	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 2.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR ELECTRODO DE BARRA PARA NEURO-CONDUCCIÓN REUSABLE CON DISTANCIA DE ELECTRODOS DE 30 MM CON CABLE DE LONGITUD DE 1 METRO, COMPATIBLE AL EQUIPO, CUATRO PIEZAS, ESTO NO AFECTA SU FUNCIONAMIENTO Y CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SOLICITA LA CONVOCANTE SIENDO TECNOLOGÍA SUPERIOR, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.



2026
año de
**Margarita
Maza**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
22	1154492	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 2.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR ELECTRODOS DE DISCO DE SUPERFICIE PARA NEUROCONDUCCIÓN DE 10 MM CON CABLE DE LONGITUD DE AL MENOS 1 METRO DE LONGITUD COMPATIBLE AL EQUIPO, EN LA CANTIDAD SOLICITADA, DEBIDO A QUE LA EXTENSIÓN DEL AMPLIFICADOR PERMITE TENER CONTACTO CERCANO AL PACIENTE, ESTO SIN CAUSAR ALGUNA DESVENTAJA ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
23	1154493	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 2.6	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR UN ELECTRODO DE DISCO PARA TIERRA DE UN DIAMETRO DE 30.5 MM CON CABLE DE LONGITUD DE 1 M COMPATIBLE AL EQUIPO, EN LA CANTIDAD SOLICITADA, ESTO PERMITE ABARCAR UNA MAYOR SUPERFICIE Y NO AFECTA AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO AL SER UNA LONGITUD MINIMAMENTE DISTINTA DE LA SOLICITADA. DE ACUERDO CON LO ANTES MENCIONADO, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
24	1154494	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 2.8.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODOS DE DISCO DE SUPERFICIE PARA NEUROCONDUCCIÓN DE 10 MM Y CON CABLE DE AL MENOS 1 METRO DE LONGITUD COMPATIBLE AL EQUIPO EN LA CANTIDAD SOLICITADA, DEBIDO A QUE LA EXTENSIÓN DEL AMPLIFICADOR PERMITE TENER CONTACTO CERCANO AL PACIENTE, ESTO SIN CAUSAR ALGUNA DESVENTAJA, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
25	1154495	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 2.8.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR, ELECTRODO DE DISCO PARA TIERRA CON CABLE DE LONGITUD DE 1 A 1.5 METROS CON CORREA DE VELCRO DE 45 CM PEDIÁTRICA COMPATIBLE AL EQUIPO, AL MENOS CUATRO (4) PIEZAS (INCLUYENDO MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE), TODA VEZ QUE EL OFERTAR UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR EN EL RANGO DE LONGITUD DE LA CORREA DE VELCRO NO LIMITA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO, SINO QUE AMPLÍA SU FUNCIONALIDAD AL PERMITIR UNA MEJOR ADAPTACIÓN ANATÓMICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DE DISTINTAS TALLAS. ESTA CARACTERÍSTICA FAVORECE UNA COLOCACIÓN MÁS SEGURA Y ESTABLE DEL ELECTRODO, MEJORA LA CALIDAD DEL CONTACTO Y, POR ENDE, LA EFICIENCIA DEL PROCEDIMIENTO, REDUCIENDO RIESGOS DE DESPLAZAMIENTO O MALA CONEXIÓN. ASIMISMO, SU USO NO AFECTA LA COMPATIBILIDAD NI EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO, POR LO QUE SE CONSIDERA UNA MEJORA TÉCNICA QUE FORTALECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
26	1154496	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 2.10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE DONDE EL PUENTE Y/O ADAPTADOR DOBLE PARA POTENCIALES EVOCADOS CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y NO AFECTA A SU FUNCIONAMIENTO. DE ACUERDO CON LO ANTES MENCIONADO, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
27	1154497	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 3.1.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR ELECTRODOS DE 38 MM DE LARGO (EN LA CANTIDAD SOLICITADA) PRECABLEADAS CADA UNA, LA VARIACIÓN DE 1 MM	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD NI EL DESEMPEÑO CLÍNICO DEL INSUMO; POR EL CONTRARIO, UN MAYOR TAMAÑO PUEDE OFRECER MEJOR ÁREA DE CONTACTO CON LA PIEL, LO QUE CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADHERENCIA, REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS POR MOVIMIENTO Y UNA MEJOR CALIDAD EN LA CAPTACIÓN DE LA SEÑAL. ASIMISMO, ESTA CARACTERÍSTICA PUEDE FAVORECER LA ESTABILIDAD DEL ELECTRODO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE MONITOREO, GARANTIZANDO RESULTADOS CONFIABLES Y SEGUROS PARA EL PACIENTE. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE SE MANTIENEN Y SUPERAN LAS CONDICIONES FUNCIONALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
28	1154498	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 3.2.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR ELECTRODOS DE 38 MM DE LARGO (EN LA CANTIDAD SOLICITADA) INCLUYENDO MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE. LA VARIACIÓN DE 1 MM NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD NI EL DESEMPEÑO CLÍNICO DEL INSUMO; POR EL CONTRARIO, UN MAYOR TAMAÑO PUEDE OFRECER MEJOR ÁREA DE CONTACTO CON LA PIEL, LO QUE CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADHERENCIA, REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS POR MOVIMIENTO Y UNA MEJOR CALIDAD EN LA CAPTACIÓN DE LA SEÑAL. ASIMISMO, ESTA CARACTERÍSTICA PUEDE FAVORECER LA ESTABILIDAD DEL ELECTRODO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE MONITOREO, GARANTIZANDO RESULTADOS CONFIABLES Y SEGUROS PARA EL PACIENTE. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE SE MANTIENEN Y SUPERAN LAS CONDICIONES FUNCIONALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
29	1154583	COMERCIALIZADOR A MEDICA INTEGRAL SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE LOS ELECTROMOTORES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, SIN QUE ESTO REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN A LA ESPECIFICACIÓN ORIGINAL REQUERIDA POR LA CONVOCANTE, ÚNICAMENTE CON LA FINALIDAD DE OFRECER AL INSTITUTO EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, SIN QUE ELLO CONSTITUYA UNA LIMITANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE DA PUNTUAL RESPUESTA TODA VEZ QUE LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A OFERTAR.
30	1154599	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 3.2 Y SUS SUBPUNTOS 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Y 3.2.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR UN CABLE REUTILIZABLE POR CADA CAJA DE AGUJAS SOLICITADA EN DICHS PUNTOS, PARA SU USO CON LAS AGUJAS DESECHABLES SOLICITADAS, LO ANTERIOR CUMPLE LA FUNCIÓN DE ENTREGAR LA MISMA CALIDAD DE SEÑAL EN EL EQUIPO, PROVENIENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS DEL PACIENTE, AUNADO A ELLO, PERMITE AL SER CABLES REUTILIZABLES, REALIZAR MAYOR CANTIDAD DE ESTUDIOS AL SER PARA USO EN MÁS DE UN PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
31	1154600	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTO 3.6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PASTA CONDUCTORA QUE PERMITE EL EQUILIBRIO DE LA ADHERENCIA Y CONDUCTIVIDAD, ASI COMO LA FACIL LIMPIEZA, LAVABLE Y ANTI-SECADO, DE AL MENOS 8 OZ, ESTA PRESENTACIÓN ES LA MISMA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE Y ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO A OFERTAR. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 2. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
32	1154601	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 7 PUNTO 1.1.16.1	ENTENDEMOS QUE DEBERÁ DE OFERTARSE TECNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACIÓN AL INSTITUTO, POR LO QUE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEBERÁ DE SER DE AL MENOS 3 HORAS DE MANERA CONTINUA, QUE PERMITA MAYOR DURABILIDAD Y RESPALDO DE MONITORIZACIÓN CONTINUA EN CASO DE FALLAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
33	1154602	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 7 PUNTO 1.1.19	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR, QUE CONSISTE EN UNA IMPRESORA TÉRMICA DE 3 CANALES, LA CUAL CUMPLE CON LO MÍNIMO SOLICITADO, POR LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA, Y PERMITE LA IMPRESIÓN DE MAS ONDAS DE ECG. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 7. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
34	1154603	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 7 PUNTO 2.1.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR SENSOR DEDAL LIBRE DE LÁTEX DOS (2) PIEZAS, PARA PACIENTE CON PESO MAYOR A 30 KILOGRAMOS, CARACTERÍSTICA QUE ABARCA LA MEDICIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y PACIENTES ADULTOS, COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA, QUE PERMITE LA MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSIÓN. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). LA PROPUESTA NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN TÉCNICA Y CLÍNICA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 7. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
35	1154604	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 7 PUNTO 2.4.1 Y 2.4.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO UNA PIEZA DE CABLE TRONCAL QUE INCLUYE CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS CÓDIGO AMERICANO EN UNA MISMA PIEZA, DONDE SE INDIQUE MARCA, MODELO Y NÚMERO DE PARTE. LA PROPUESTA CUMPLE CON LA FUNCIÓN TÉCNICA Y CLÍNICA SOLICITADA, POR LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 7. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
36	1154605	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 7 PUNTO 2.7	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE QUE TIPO DE SOPORTE SERÁ REQUERIDO PARA FIJACIÓN DE CADA MONITOR, ESTO CON EL FIN DE ASEGURAR QUE LA PROPUESTA TÉCNICA CUMPLA PLENAMENTE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 7. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
37	1154606	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 7 PUNTO 2.6.2 Y SUBPUNTOS 2.6.2.1, 2.6.2.2 Y 2.6.2.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA DE CAPNOGRAFÍA SIDESTREAM PROPIA DE NUESTRO FABRICANTE, SE PERMITA OFERTAR LOS SUBNUMERALES DEL PUNTO 2.6.2.1 AL 2.6.2.3 EN PRESENTACIÓN DE KITS (20 KITS EN TOTAL), CADA KIT INCLUYE: UN ADAPTADOR EN "T" DE VÍA AÉREA, DISPONIBLE EN TAMAÑO ADULTO/PEDIÁTRICO O NEONATAL, UN FILTRO BACTERIANO, Y UNA LÍNEA DE MUESTREO. CABE SEÑALAR QUE, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA PATENTADA DEL FABRICANTE, NO SE REQUIERE EL USO DE TRAMPA DE AGUA, YA QUE SE EMPLEA UN POLÍMERO SIN HUMEDAD QUE PERMITE LA DISIPACIÓN CONTROLADA DE HUMEDAD HACIA EL ENTORNO, LO CUAL OPTIMIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y SIMPLIFICA SU USO CLÍNICO. TODOS	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 7. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					LOS COMPONENTES ESTÁN INTEGRADOS EN UN SOLO KIT, DISEÑADO ASÍ DE FÁBRICA. LA PROPUESTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA MEDIANTE LA TÉCNICA SIDESTREAM, GARANTIZANDO EFICACIA CLÍNICA, SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO OFERTADO. ¿SE ACEPTA?	
38	1154607	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 7 PUNTO 2.6.1 Y SUBPUNTOS 2.6.1.1, 2.6.1.2 Y 2.6.1.3	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA POR TÉCNICA SIDESTREAM, NO SERÁ NECESARIO OFERTAR LOS NUMERALES 2.6.1.1 AL 2.6.1.3, CORRESPONDIENTES A CAPNOGRAFÍA POR TÉCNICA MAINSTREAM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 7. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
39	1154608	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 7 PUNTO 2.6.1 Y SUBPUNTOS 2.6.3.1, 2.6.3.2 Y 2.6.3.3	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA POR TÉCNICA SIDESTREAM, NO SERÁ NECESARIO OFERTAR LOS NUMERALES 2.6.3.1 AL 2.6.3.3, CORRESPONDIENTES A CAPNOGRAFÍA POR TÉCNICA MICROSTREAM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 7. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
40	1154609	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO 1.4.4. CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE DOPPLER CONTINUO CON VELOCIDAD PRF DE 40,000 HZ O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE FPR DE ACUERDO CON ECUACIÓN DOPPLER: $F_{DOPPLER} = (2V * FO * \cos(0)) / C$ HACIENDO USO DE LA ECUACIÓN NUESTRA CAPACIDAD DE MEDIR 19 M/S (1900 CM/S) CORRESPONDE A UN MÍNIMO DE 49,350 HZ, TOMANDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES VARIABLES: $V=1900$ CM/S $FO=2MHZ$ $\cos(0)=1$ $C=$ VELOCIDAD DEL SONIDO 154000 CM/S LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
41	1154610	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO: 1.9: SELECCIÓN DE 8 PUNTOS FOCALES O MAYOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 8 ZONAS DE ENFOQUE LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. CON NOMENCLATURA DE NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
42	1154611	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO: 1.15: CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO COMO MÍNIMO DE 1,000 CUADROS O 200 MB O MAYOR PARA LA REVISIÓN DE LAS IMÁGENES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP O REVISIÓN RETROSPECTIVA HASTA EN 512GB LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
43	1154612	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO: 1.24: CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE (EN NAVEGACIÓN VIRTUAL). ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE DESEA ADQUIRIR EQUIPO CON CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA REALIZAR FUSIÓN Y NAVEGACIÓN DE IMÁGENES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
44	1154613	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO: 1.26: INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GIGABIT ETHERNET, LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO, CON LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
45	1154614	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO: 1.31: ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA POR COMPRESIÓN ACÚSTICA U ONDAS DE CORTE (SHEAR WAVE), PARA APLICACIONES DE MAMA Y ABDOMEN CON MEDICIÓN DE M/S Y/O KPA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ELASTOGRAFÍA POR ONDA TRANSVERSAL. LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO, CON LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
46	1154615	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO: 1.32: ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA DE COMPRESIÓN ESFUERZO O MANUAL (STRAIN). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ELASTOGRAFÍA BASADA EN DEFORMACIÓN, LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO, CON LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
47	1154616	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO: 1.33.1: LINEAL CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES: PARA ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA Y PARA ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA. (INCLUIR NÚMERO DE PARTE O MODELO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN DE 5 MHZ A 12 MHZ CON ARMÓNICOS PARA APLICACIONES DE PARTES BLANDAS, MAMAS, VASCULARES, MUSCULOESQUELÉTICAS Y PARA ELASTOGRAFÍA PARA IMÁGENES DE MAMA Y GINECOLÓGICAS. , LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO, CON LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
48	1154617	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO: 2.2: UPS DE DOBLE CONVERSIÓN CON SUPRESOR DE PICOS CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE 15 MINUTOS (INCLUIR MARCA Y MODELO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UPS GRADO MEDICO CON LO CUAL OFRECE SEGURIDAD AL PACIENTE ANTE CORRIENTES DE FUGA DE ACUERDO CON EL STANDARD UL60601-1-2. CON AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.



2026
año de
**Margarita
Maza**

Av. de Los Conventos No.107-111 Col. Hogares Ferroviarios Fra. Sección, C.P. 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Teléfono: (44)4 818 2425 EXT: 410 www.imss.gob.mx



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
49	1154618	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO 1.7: IMÁGENES EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D DE 30 VOLÚMENES POR SEGUNDO O MAYOR. ENTENDEMOS AL SER UN EQUIPO DE SEGUNDO NIVEL LA INTENCIÓN DEL INSTITUTO ES ADQUIRIR ULTRASONIDOS GINECO OBSTÉTRICOS PARA UNIDADES MÉDICAS DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN ES NECESARIA UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE VISUALIZAR IMÁGENES 3D, 4D HASTA 36 VOLÚMENES POR SEGUNDO, ADICIONALMENTE ES IMPORTANTE QUE CUENTE CON UNA HERRAMIENTA QUE REALICE VISTA ORTOGONAL EN LA CUAL MUESTRA DE MANERA SIMULTÁNEA LA ESTRUCTURA COMPLETA EN DOS VISTAS, LO QUE FACILITA LA EVALUACIÓN INCLUSO DE LAS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS CURVAS EN UNA GRAN VARIEDAD DE PLANOS DE SECCIÓN ORTOGONALES, PARA EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS O GINECOLÓGICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
50	1154619	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO 1.17: TECLADO ALFANUMÉRICO Y PANTALLA (TOUCH SCREEN) DE 8.9 PULGADAS O MAYOR INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL CON INTERFACE EN ESPAÑOL. DERIVADO DE EL GRAN USO DE DISPOSITIVOS CONTROLADOS POR GESTOS DE LA MANO Y LA FACILIDAD DE ASOCIAR DIFERENTES FUNCIONES EN ESPACIOS DE GRAN TAMAÑO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITE QUE LAS PANTALLAS TOUCH SCREEN TENGAN UN TAMAÑO MÍNIMO DE 12 PULGADAS Y DE ESTA FORMA FACILITAR EL FLUJO DE TRABAJO YA QUE SE DISMINUYEN EL NÚMERO DE BOTONES EN EL PANEL DE CONTROL. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
51	1154620	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO 1.23: FUSIÓN DE IMÁGENES EN FORMATO DICOM CON TC Y RM. ENTENDEMOS SE OFERTARÁ SOFTWARE PARA FUSIÓN DE IMAGEN CON OTRAS MODALIDADES COMO RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y PET/CT Y NAVEGACIÓN PARA PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS COMO BIOPSIAS, ABLACIONES O DRENAJES, DE ULTRASONIDOS EN TIEMPO REAL. CON TRANSDUCTOR CONVEXO PARA ABDOMEN. EL CUAL DEBE INCLUIR LOS ACCESORIOS QUE PERMITEN ESTA FUNCIONALIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
52	1154621	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO 2.2: UPS DE DOBLE CONVERSIÓN CON SUPRESOR DE PICOS CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE 15 MINUTOS (INCLUIR MARCA Y MODELO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN UPS DE DOBLE CONVERSIÓN GRADO MÉDICO CON SUPRESOR DE PICOS CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE 10 MIN YA QUE EL TIEMPO PARA TERMINAR UN ESTUDIO SE ENCUENTRA DENTRO DE ESTE RANGO DE TIEMPO Y NO PONE EN PELIGRO EL FUNCIONAMIENTO FUTURO DEL EQUIPO AL TRABAJAR POR TIEMPOS PROLONGADOS CON CORRIENTE DIRECTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
53	1154622	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO 3.1: FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO 50 PIEZAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 50 PIEZAS DE PRESERVATIVOS PARA SU COLOCACIÓN EN EL TRANSDUCTOR	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS



2026
año de
**Margarita
Maza**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					INTRACAVITARIO, LA PROPUESTA CUMPLE CON LA FUNCIÓN TÉCNICA Y CLÍNICA REQUERIDA POR LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
54	1154623	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO 3.2: GEL PARA ULTRASONIDO 4 LITROS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EMPAQUE DE 3.8 LITROS Y UN ENVASE DE 250 ML PARA SOLVENTAR LA CANTIDAD SOLICITADA. LA PROPUESTA CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA POR LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
55	1154624	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. PUNTO 3.3 AGUJAS COMPATIBLES CON EL DISPOSITIVO DE DISPARO OFERTADO PARA LA TOMA DE BIOPSIA, 30 PIEZAS. 10 PIEZAS DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 16 GAUGE X 15 CM, 14 GAUGE X 10 CM Y 14 GAUGE X 15 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR AGUJAS COMPATIBLES CON EL DISPOSITIVO DE DISPARO OFERTADO PARA LA TOMA DE BIOPSIA, 30 PIEZAS. 10 PIEZAS DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 16 GAUGE X 16 CM, 14 GAUGE X 10 CM Y 14 GAUGE X 16 CM. LA VARIACIÓN DE LONGITUD PROPUESTA DE 15 CM A 16 CM EN LAS AGUJAS CALIBRE 16G Y 14G REPRESENTA UNA DIFERENCIA MÍNIMA DE 1 CM QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD, DESEMPEÑO, SEGURIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
56	1154625	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 3.	SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO Y AMBULATORIO. DEL PUNTO 1.1.1.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 10 PIEZAS DE CABLE DE PACIENTE DE 3 DERIVACIONES, EL CUAL FACILITA LA VISUALIZACIÓN DE DERIVACIONES BIPOLARES EN MONITOREO CONTINUO TORÁCICO, ORIENTADO A LA VIGILANCIA DEL RITMO CARDÍACO Y A LA DETECCIÓN DE ISQUEMIA, PRINCIPALMENTE EN EL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTA CONFIGURACIÓN ES CLÍNICAMENTE RECONOCIDA COMO SUFICIENTE Y EFICAZ PARA EL MONITOREO DE EVENTOS ARRÍTMICOS Y CAMBIOS ISQUÉMICOS DINÁMICOS, INCLUYENDO LA ELEVACIÓN O DEPRESIÓN DEL SEGMENTO ST. EL USO DE 3 DERIVACIONES BIPOLARES HA SIDO VALIDADO EN ENTORNOS HOSPITALARIOS Y PREHOSPITALARIOS PARA UNA VIGILANCIA CONTINUA, ESPECIALMENTE EN ÁREAS COMO URGENCIAS, CUIDADOS INTENSIVOS Y TRANSPORTE INTRA/INTERHOSPITALARIO. SEGÚN LA AHA (AMERICAN HEART ASSOCIATION) Y EL ACLS PROVIDER MANUAL, EL USO DE DERIVACIONES TORÁCICAS BÁSICAS PERMITE UNA DETECCIÓN EFECTIVA DE ALTERACIONES ELÉCTRICAS SIGNIFICATIVAS, INCLUSO EN CONFIGURACIONES DE MONITOREO SIMPLIFICADAS. ESTA MODALIDAD ES COMPATIBLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA IEC 60601-2-27 SOBRE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO, QUE NO LIMITA EL NÚMERO MÍNIMO DE DERIVACIONES, SIEMPRE QUE SE GARANTICE UNA LECTURA CLARA, CONTINUA Y CLÍNICAMENTE ÚTIL. ADEMÁS, SU IMPLEMENTACIÓN PERMITE MAYOR MOVILIDAD DEL PACIENTE, MENOR RIESGO DE ARTEFACTOS POR MOVIMIENTO Y MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA, SIN COMPROMETER LA CALIDAD DIAGNÓSTICA REQUERIDA EN ENTORNOS	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 3. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.



2026
año de
**Margarita
Maza**

Av. de Los Conventos No. 107-111 Col. Hogares Ferroviarios 1ra. Sección, C.P. 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Teléfono: (44)4 818 2425 EXT: 410 www.imss.gob.mx



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					DE MONITOREO. ¿SE ACEPTA?	
57	1154626	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 3.	SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO Y AMBULATORIO. DEL PUNTO 1.1.1.8 ENTENDEMOS QUE OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE INCLUYE UNA GRABADORA CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE IONES DE LITIO, LA CUAL PERMITE LA GRABACIÓN CONTINUA DE HASTA 14 DÍAS Y SE RECARGA MEDIANTE CABLE CON CONEXIÓN DIRECTA A COMPUTADORA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 3. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
58	1154627	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 3.	SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO Y AMBULATORIO. DEL PUNTO 1.1.1.12 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE INCLUYA CLIP DE SUJECCIÓN PARA CINTURÓN, EN LUGAR DE FUNDA CON CORREA CORPORAL. NUESTRA TECNOLOGÍA ESTÁ DISEÑADA PARA SER LIVIANA, COMPACTA Y ERGONÓMICA, PERMITIENDO SU USO CÓMODO MEDIANTE CLIP DE CINTURÓN, SIN COMPROMETER LA CALIDAD DE LAS SEÑALES REGISTRADAS NI EL DESEMPEÑO FUNCIONAL DEL EQUIPO. ADEMÁS, ESTA CONFIGURACIÓN OFRECE BENEFICIOS CLÍNICOS Y PRÁCTICOS RELEVANTES, ESPECIALMENTE EN ESTUDIOS PROLONGADOS (24 A 48 HORAS O MÁS), ADEMÁS DA FACILIDAD DE RETIRO Y COLOCACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO O TÉCNICO, SIN AFECTAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO NI LA CONTINUIDAD DEL ESTUDIO. CABE SEÑALAR QUE ESTE TIPO DE DISEÑO ESTÁ ALINEADO CON RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EN CUANTO A ERGONOMÍA, SEGURIDAD Y CONFORT DEL PACIENTE, COMO LAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA IEC 60601-1-11 PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO AMBULATORIO EN EL HOGAR, Y QUE EN NINGÚN CASO AFECTA LA PRECISIÓN NI LA INTEGRIDAD DE LOS REGISTROS DIAGNÓSTICOS ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 3. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
59	1154628	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 3.	SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO Y AMBULATORIO. DEL PUNTO 3.1 ENTENDEMOS QUE OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE INCLUYE UNA GRABADORA CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE IONES DE LITIO, LA CUAL PERMITE LA GRABACIÓN CONTINUA DE HASTA 14 DÍAS Y SE RECARGA MEDIANTE CABLE CON CONEXIÓN DIRECTA A COMPUTADORA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 3. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
60	1154629	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN; EN CASO DE UTILIZAR FORMATOS DISTINTOS, DEBERÁN CONTENER COMO MÍNIMO LA INFORMACIÓN REQUERIDA DE CONFORMIDAD CON CADA UNO DE LOS ANEXOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. EN LOS INCISOS EN LOS QUE NO APLIQUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, PODRÁ PRESENTAR LA CARÁTULA DE LOS MISMOS CON LA LEYENDA "NO APLICA".
61	1154630	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.3 INCISO Q, FRACCIÓN II	OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA CON ID 1154381.



2026
año de
**Margarita
Maza**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	
62	1154631	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.3 INCISO Q, FRACCIÓN II	TENIENDO EN CUENTA QUE EL SISTEMA DE INFONAVIT YA NO GENERA CONSTANCIAS DE FORMA DIARIA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SERÁ VÁLIDA LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE INFONAVIT CON UNA FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE INFONAVIT CON UNA FECHA ANTERIOR A LA APERTURA DE PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FECHA DE LA FIRMA DE CONTRATO DONDE LA DEBERÁ PRESENTAR NUEVAMENTE POSITIVA Y VIGENTE DE RESULTAR ADJUDICADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
63	1154632	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 4.1.1, INCISO A. ANEXO INFORMATIVO C	DICE: REQUISITAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA TODOS AQUELLOS FORMATOS ADJUNTOS AL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO", YA QUE SON INDISPENSABLES PRESENTAR PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA. (EN CASO DE APLICAR). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO SE DEBERÁ PRESENTAR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA ACOMPAÑADA DE LAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES", NORMATIVIDAD APLICABLE MENCIONADA EN EL INCISO E DEL ANEXO 1. FAVOR DE PROTESTARSE AL RESPECTO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
64	1154633	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO INCISO E	DICE: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. SE CONSIDERARÁ INTERFAZ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPROBE QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS. ADÉMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO DEBIDO A QUE EL DICOM 3.0 ES UN PROTOCOLO ESTÁNDAR EL CUAL SE REFIERE A LA COMUNICACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE IMÁGENES MÉDICAS Y DATOS RELACIONADOS, ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE REQUISITO SERÁ APLICABLE EN LAS PARTIDAS DE RAYOS X E IMAGEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
65	1154634	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO INCISO E	DICE: CARTA DEL LICITANTE EN EL QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002, SALUD AMBIENTAL. DEBIDO A QUE LA NOM-229-SSA1-2002, ES UNA NORMA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LAS INSTALACIONES, RESPONSABILIDADES SANITARIAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS, ESPECIFICAMENTE EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIÓN IONIZANTE EN UNIDADES FIJAS O MÓVILES PARA SU APLICACIÓN EN SERES HUMANOS. ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE REQUISITO SERÁ APLICABLE EN LAS PARTIDAS DE RAYOS X E IMAGEN.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
66	1154635	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO C, 7	DICE: LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO QUE SE PROPONGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN, MISMO QUE DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE UNA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, ADEMÁS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DONDE SEA CLARO Y VISIBLE EL AÑO DE FABRICACIÓN Y SERIE LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON LA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, MISMA QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LA MARCA Y MODELO PRESENTANDO EN SUS CATÁLOGOS. LOS EQUIPOS QUE DESCRIBA EN SU PROPOSICIÓN SERÁN CON LOS QUE PRESTARÁ EL SERVICIO, EN CASO DE PRESENTAR EQUIPOS DISTINTOS, NO SE DARÁ COMO RECIBIDOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL, NOS PERMITA PRESENTAR PEDIMENTO ADUANAL Y/O FACTURA A NOMBRE DEL IMPORTADOR PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO, YA QUE LAS FACTURAS NO SUELEN INCLUIR NÚMEROS DE SERIES ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE AL NUMERAL 7. C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO QUE SE PROPONGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN, MISMO QUE DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE UNA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, ADEMÁS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DONDE SEA CLARO Y VISIBLE EL AÑO DE FABRICACIÓN Y SERIE LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON LA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, MISMA QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LA MARCA Y MODELO PRESENTANDO EN SUS CATÁLOGOS. LOS EQUIPOS QUE DESCRIBA EN SU PROPOSICIÓN SERÁN CON LOS QUE PRESTARÁ EL SERVICIO, EN CASO DE PRESENTAR EQUIPOS DISTINTOS, NO SE DARÁ COMO RECIBIDOS.
67	1154636	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO C, 7, 8	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS CUENTEN CON UNA FABRICACIÓN MAYOR A 1 AÑO SE DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE LA ORDEN DE SERVICIO PREVENTIVO PARA ACREDITAR QUE ESTE SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE REMITIRSE AL NUMERAL 7. C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO QUE SE PROPONGA PARA LA PRESTACIÓN DE: SERVICIO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN, MISMO QUE DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE UNA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, ADEMÁS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DONDE SEA CLARO Y VISIBLE EL AÑO DE FABRICACIÓN Y SERIE LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON LA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, MISMA QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LA MARCA Y MODELO PRESENTANDO EN SUS CATÁLOGOS. LOS EQUIPOS QUE DESCRIBA EN SU PROPOSICIÓN SERÁN CON LOS QUE PRESTARÁ EL SERVICIO, EN CASO DE PRESENTAR EQUIPOS DISTINTOS, NO SE DARÁ COMO RECIBIDOS.
68	1154637	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES	PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME, ¿EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS) PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA ASÍ COMO DEMÁS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.
69	1154639	COMERCIALIZADOR A MEDICA INTEGRAL SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE LOS ELECTROMOTORES, NUMERAL 1.9.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES NECESARIO CONSIDERAR ÚNICAMENTE LA VELOCIDAD DEL MOTOR O SI TAMBIÉN DEBEMOS CONSIDERAR, ADEMÁS DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR, EL TORQUE DEL MOTOR, EL CUAL, SI BIEN NO SE ESPECIFICA, ES IMPORTANTE CONSIDERAR DEBIDO A QUE EL EQUIPO ESTÁ DESTINADO A PERFORAR HUESO GRANDE, POR LO QUE SE NECESITA UN TORQUE ADECUADO PARA QUE EL EQUIPO TRABAJE SIN LIMITACIONES O SUFRA UNA ESPECIE DE CALENTAMIENTO AL NO CONTAR	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 1. ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MACROCIRUGÍA), DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, NUMERAL 1.9 VELOCIDAD NORMAL DE OPERACIÓN DE AL MENOS 1,000 RPM, TODA VEZ QUE, LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA MENCIONA EN EL TITULO DE LA MISMA QUE ES UN EQUIPO DESTINADO A MACRO CIRUGÍA (HUESOS GRANDES) LA LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE PERFORAR, TALADRAR Y FRESAR



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					CON LA FUERZA NECESARIA AL MOMENTO DE TRABAJAR. FAVOR DE ACLARAR.	HUESOS GRANDES COMO RODILLA Y CADERA CON LA VELOCIDAD INDICADA Y EL TORQUE NECESARIO PARA REALIZAR DICHAS ACCIONES.
70	1154640	COMERCIALIZADOR A MEDICA INTEGRAL SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE LOS ELECTROMOTORES, NUMERAL 1.10.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA SOLICITUD DEL GRADO DE PROTECCIÓN IMPLICA DE MANERA IMPLÍCITA QUE EL EQUIPO DEBE ESTAR SELLADO Y NO PERMITIR LA ENTRADA DE AGUA, SUCIEDAD O POLVO. ¿NOS LO PODRÍAN COMENTAR?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 1. ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MACROCIRUGÍA), DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, NUMERAL 1.10 DONDE SE SOLICITA UN IPX DE AL MENOS 7 O MAYOR, Y ESPECIFICA QUE DEBE GARANTIZAR EL NO INGRESO DE AGUA, POR LO QUE SE ENTIENDE QUE EL EQUIPO DEBE DE ESTAR COMPLETAMENTE SELLADO Y NO PERMITIR EL INGRESO DE NINGÚN TIPO DE LIQUIDO O SUCIEDAD QUE COMPROMETA SU FUNCIONAMIENTO.
71	1154641	COMERCIALIZADOR A MEDICA INTEGRAL SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE LOS ELECTROMOTORES, NUMERAL 2.4.2.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BATERÍAS ESTERILIZABLES, SIN NECESIDAD DE OFERTAR CONTENEDOR, GUARDA O PORTA BATERÍA, DEBIDO A QUE NUESTRA TECNOLOGÍA PERMITE ESTERILIZAR LAS BATERÍAS SIN REQUERIR ESTOS ADITAMENTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 1. ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MACROCIRUGÍA), NUMERAL 1.10 SI SE ACEPTA OFERTAR "BATERÍAS ESTERILIZABLES, SIN NECESIDAD DE OFERTAR CONTENEDOR, GUARDA O PORTA BATERÍA, DEBIDO A QUE NUESTRA TECNOLOGÍA PERMITE ESTERILIZAR LAS BATERÍAS SIN REQUERIR ESTOS ADITAMENTOS", SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE EN CATÁLOGO DE APOYO QUE LAS BATERÍAS SON ESTERILIZABLES A VAPOR Y POR ALGUN OTRO METODO SIN NECESIDAD DE REQUERIR ALGÚN CONTENEDOR, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PRESENTARLO DE ESTA MANERA.
72	1154715	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA) PUNTO 1.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOTOR ELÉCTRICO (PERFORADORA FRESADORA) PARA TRABAJAR SOBRE TEJIDOS DUROS, CARÍLAGOS, Y SIMILARES, ASÍ COMO SOBRE MATERIALES SUSTITUTIVOS DE HUESOS, ENROSCAR Y DESENROSCAR CLAVOS ÓSEOS, Y COLOCAR ALAMBRES DE KIRSCHNER, ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 1. ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MACROCIRUGÍA), NUMERAL 1.1 DEBERÁ APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA.
73	1154716	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA) PUNTO 1.10	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO APTO PARA LAVARSE BAJO CORRIENTE DE AGUA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.10
74	1154717	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA) PUNTO 1.11	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON TODOS LOS COMPONENTES ESTERILIZABLES EN VAPOR A EXCEPCIÓN DE LA BATERÍA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.11
75	1154718	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA) PUNTO 1.11.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BATERÍA QUE AL COLOCARSE EN EL CARGADOR ÉSTE TENGA UN INDICADOR DE PROGRESO DE CARGA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.11.12
76	1154719	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA) PUNTO 2.4.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ACCESORIOS QUE PERMITAN LA COLOCACIÓN DE LA BATERÍA GARANTIZANDO LA ESTERILIDAD DEL EQUIPO PARA UN AMBIENTE QUIRÚRGICO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.4.2
77	1154720	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ADAPTADOR DE ANCLAJE RÁPIDO PARA FRESADO ENTRADA SYNTHES DHS / DCS, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.7



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				(MACRO CIRUGÍA) PUNTO 2.7		
78	1154721	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXOS DE CONVOCATORIA Y PROPUESTA ECONÓMICA EXCEL	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEL FORMATO DE LA PROPUESTA ECONOMICA NO CORRESPONDE A LA PRESENTE CONVOCATORIA, YA QUE EL NUMERO DE EVENTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SON DIFERENTES A LOS QUE VIENEN EN LAS BASES Y ANEXO DE LA CONVOCATORIA LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026.	FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE.
79	1154722	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES Y ANEXOS DE CONVOCATORIA PROPUESTA ECONÓMICA EXCEL	SI EN LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR LA CONVOCANTE NOS CONFIRMA QUE EN EFECTO LAS PARTIDAS 1 Y 2 NO CORRESPONDE A LA CONVOCATORIA LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA CONSTA DE OCHO PARTIDAS COMO LO INDICA EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO DEL ANEXO TECNICO POR ENDE SE PUEDEN OFERTAR CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE MANERA INDIVIDUAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISIÓN 1 DE LA CONVOCANTE.
80	1154723	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO INCISO E	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA QUE EQUIPOS SE REQUIERE LA CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SE REQUIERE PARA LA PARTIDA 5. ULTRASONÓGRAFO INTERMEDIO.
81	1154724	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO INCISO E	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI REQUIERE CARTA DE APOYO O RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR Y/O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO PARA TODAS LAS PARTIDAS DEL ANEXO 1 REQUERIMIENTO DE LA CONVOCATORIA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
82	1154975	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5. ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)	SIN PUNTO. ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE DA PUNTUAL RESPUESTA TODA VEZ QUE LA PREGUNTA FORMULADA NO VERSA SOBRE ALGUNA PARTIDA Y/O CLAVE ESPECIFICA Y/O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR.
83	1154976	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5. ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)	SIN PUNTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLA INFORMACIÓN TÉCNICA (FOLLETOS, ANEXOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE FABRICANTE) QUE SE ENCUENTREN EN OTRO IDIOMA, SE NOS PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE EN ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LAS PÁGINAS, SECCIONES O PÁRRAFOS REFERENCIADOS, DONDE SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, CONSIDERANDO QUE LA TRADUCCIÓN SIMPLE ESTARÁ SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE LA OMISIÓN A ALGÚN REQUISITO TÉCNICO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, LO ANTERIOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PRESENTARLO DE ESTA MANERA.
84	1154977	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5. ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)	PUNTO 1.2. CONSIDERANDO QUE LA LICITANTE DESEA ADQUIRIR EQUIPO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA CON UNA OBSOLESCENCIA A LARGO PLAZO DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR CON AL MENOS 4 MILLONES DE CANALES TOTALMENTE DIGITALES, YA QUE LA MAYORÍA DE LAS CASAS COMERCIALES CON TECNOLOGÍA MÁS RECIENTE CUMPLEN CON ESTE PARÁMETRO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
85	1154978	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	TÉCNICO	PARTIDA 5. ULTRASONOGRAFO	PUNTO 1.3. EL RANGO DINÁMICO ES AQUEL QUE NOS AYUDA A LA CORRECTA DIFERENCIA DE	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CORRECTIVO SA DE CV		(INTERMEDIO)	INTENSIDAD ENTRE LOS TEJIDOS POR MEDIO DE LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LA ESCALA DE GRISES, POR LO QUE CONMINAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EVALÚE, QUE LOS SISTEMAS OFERTADOS DEBEN DE TENER COMO MÍNIMO 250 DB O MAYOR, ESTO CONSIDERANDO QUE AL MENOS TRES CASAS COMERCIALES EN EL PAÍS CUENTAN CON ESTA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
86	1154979	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5. ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)	PUNTO 1.4.4. DEBIDO A LA DIFICULTAD DE HACER REFERENCIA TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, YA QUE EN NUESTRA LITERATURA LA VELOCIDAD SE EXPRESA SOBRE M/S PARA EL DOPPLER CONTINUO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO "DOPPLER CONTINUO (CW) ORIENTABLE: RANGO DE VELOCIDAD MÁXIMO: 19 M/S." DONDE, OCUPANDO ECUACIÓN DE DOPPLER $FD = (2FVCOST) / C$. TENEMOS ((2) (5X10^6HZ) (19M/S) (COS0) / (1540M/S)) = 123.37 KHZ. DONDE: FD: FRECUENCIA DOPPLER (PRF), F: (FRECUENCIA DEL TRANSDUCTOR, 5MHZ), V: (VELOCIDAD DEL FLUJO SANGUÍNEO 19 M/S), COST (GENERALMENTE 0 PARA CARDIOLOGÍA), C: VELOCIDAD DEL SONIDO (1540M/S EN TEJIDOS HUMANOS), CON LO QUE SE CUMPLE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
87	1154980	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5. ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)	PUNTO 1.8. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO "MODO TRÍPLEX INDEPENDIENTE PARA 2D SIMULTÁNEO, CPA, FLUJO COLOR, DOPPLER PW" CON LO QUE SE CUMPLE LA FUNCIÓN DEL MODO DE IMAGEN SOLICITADO, YA QUE PARA LA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA SE DEBE REALIZAR EN IMÁGENES EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
88	1154981	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5. ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)	PUNTO 1.16. ENTENDEMOS QUE PARA PODER OFERTAR UN SISTEMA DE ULTRASONOGRAFÍA AVANZADO ESTE DEBE DE CUMPLIR CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE SISTEMAS DE ESTE NIVEL, POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE EL MONITOR DEBE DE ESTAR MONTADO SOBRE UN BRAZO ARTICULADO, ESTO CON LA FINALIDAD DE AYUDAR AL USUARIO A LOGRAR TENER UNA POSICIÓN ERGONOMICA ADECUADA Y NO TENER FATIGA EN CUELLO EN PROLONGADAS JORNADAS LABORALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
89	1154982	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5. ULTRASONOGRAFO (INTERMEDIO)	PUNTO 1.26. LA TECNOLOGÍA SOLICITADA PARA ESTE PUNTO. INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T. PERMITE CONSEGUIR VELOCIDADES DE DATOS DE 1000 MB POR SEGUNDO AL ENVIAR Y RECIBIR FLUJOS DE DATOS DE 250 MB POR SEGUNDO EN CADA UNO DE LOS CUATRO PARES DE CABLES SIMULTÁNEAMENTE (FULL-DUPLEX): 4 X 250 MB POR SEGUNDO = 1 GB POR SEGUNDO. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LA TECNOLOGÍA GIGABIT ETHERNET ALÁMBRICO EL CUAL TIENE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN IGUALES O SUPERIORES A LA TECNOLOGÍA 100/1000 BASE T, AHORA LLAMADA TAMBIÉN 100/1000 BASE X, LA CUAL CUMPLE Y SUPERA LOS ESTÁNDARES DE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
90	1154983	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	TÉCNICO	PARTIDA 5. ULTRASONOGRAFO	PUNTO 1.33.1. Y PUNTO 1.33.2. DERIVADO DE LA CAPACIDAD Y TECNOLOGÍA DE NUESTROS	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA



2026
año de
**Margarita
Maza**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CORRECTIVO SA DE CV		(INTERMEDIO)	TRANSDUCTORES SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA ENTREGAR UN SOLO TRANSDUCTOR PARA CUMPLIR CON AMBOS PUNTOS. ¿SE ACEPTA?	PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
91	1154984	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7, MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA)	PUNTO 1.1.6.6.- SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN SI REQUIEREN EL PARAMETRO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA ¿FAVOR DE CONFIRMAR?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 5. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN EN EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, MISMAS CARACTERÍSTICAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
92	1154985	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ECONÓMICO	FORMA DE PAGO	SE SOLICITA ATENTAMENTE SE PRECISE SI EL PAGO SE EFECTUARÁ A MES VENCIDO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE, O BIEN AL MES SIGUIENTE DE LA FECHA DE ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DEL EQUIPO. FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CONDICIÓN DE PAGO SE EFECTUARÁ 20 DÍAS POSTERIORES AL IGRESO DE LA FACTURA.
93	1154986	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ECONÓMICO	FACTURAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE USO DE CFDI SE UTILIZARÁ EN LAS FACTURAS	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL USO DEL CFDI SERÁ EL DE SIN EFECTOS FISCALES.
94	1154987	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA. CONSUMIBLES	CONSUMIBLES. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA TÉCNICA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS CONFIRME SI LOS CONSUMIBLES ESPECIFICADOS DEBERÁN SER SUMINISTRADOS DE MANERA PERIÓDICA —POR EJEMPLO, EN ENTREGAS MENSUALES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO— O SI SU ENTREGA ESTÁ PREVISTA ÚNICAMENTE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, CONJUNTAMENTE CON LA ENTREGA INICIAL DEL EQUIPO. FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁN SUMINISTRAR ÚNICAMENTE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CONTENIDOS EN EL ANEXO 1. REQUERIMIENTO.
95	1154988	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	CAPACITACIÓN	¿LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEBERÁ SER ÚNICAMENTE INICIAL AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, O DEBERÁ IMPARTIRSE DE MANERA PERIÓDICA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO? EN CASO DE SER PERIÓDICA, FAVOR DE INDICAR FRECUENCIA, NÚMERO DE USUARIOS Y SI SE REQUIERE EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA MISMA.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁN REMITIRSE AL ANEXO 02 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" INCISO B) ADEMÁS DE CONSIDERAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS OBJETOS DEL PRESENTE REQUERIMIENTO.
96	1154989	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ECONÓMICO	FACTURACIÓN	SOLO PARA ACLARAR, SE ENTIENDE QUE ¿EL CICLO DE FACTURACIÓN INICIA AL MES SIGUIENTE DE LA FECHA REAL DE ENTREGA DEL EQUIPO? ES DECIR, SI LA ENTREGA OCURRE EL DÍA 20, ¿EL VENCIMIENTO CORRESPONDE AL DÍA 20 DEL MES SIGUIENTE Y NO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES EN CURSO? FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA EN LA UNIDAD PARA TRÁMITES DE FIRMA 6 DÍAS POSTERIORES AL MES VENCIDO.
97	1154990	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ADJUDICACIÓN	ENTENDEMOS QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA INDEPENDIENTE Y NO POR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS A UN SOLO PROVEEDOR. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
98	1154991	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARÁCTER DE LA LICITACIÓN	AL SER UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS BIENES A OFERTAR DEBERÁN SER DE ORIGEN NACIONAL Y BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO. FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE ES INDISTINTO EL ORIGEN DE LOS BIENES A ARRENDAR PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA.
99	1154992	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ECONÓMICO	PLATAFORMA COMPRAS MX RUBRO ECONÓMICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LAS CASILLAS HABILITADAS SE COLOCARÁ EL MONTO POR EL TOTAL DE LOS EQUIPOS DE CADA PARTIDA CONSIDERANDO LOS MESES DE ARRENDAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
100	1154993	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MESES DE ARRENDAMIENTO. ANEXO 1 REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUANTOS MESES SE DEBERÁN CONSIDERAR PARA EL ARRENDAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE EL PLAZO SERÁ DE 5 MESES.
101	1154994	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS EQUIPOS A OFERTAR PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEBERÁN SER NUEVOS O SE PODRÁN OFERTAR EQUIPOS USADOS. FAVOR DE ACLARAR	FAVOR DE REMITIRSE AL NUMERAL 7. C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO QUE SE PROPONGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN, MISMO QUE DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE UNA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, ADEMÁS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DONDE SEA CLARO Y VISIBLE EL AÑO DE FABRICACIÓN Y SERIE LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON LA FACTURA O REMISIÓN DE ADQUISICIÓN O DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN, MISMA QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LA MARCA Y MODELO PRESENTANDO EN SUS CATÁLOGOS. LOS EQUIPOS QUE DESCRIBA EN SU PROPOSICIÓN SERÁN CON LOS QUE PRESTARÁ EL SERVICIO, EN CASO DE PRESENTAR EQUIPOS DISTINTOS, NO SE DARÁ COMO RECIBIDOS.
102	1155459	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS 36 CARROS DE TRANSPORTE REQUERIDOS DENTRO DE LA DOTACIÓN ÚNICA DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DEL ANEXO 1. REQUERIMIENTO CORRESPONDEN A LOS ACCESORIOS DESTINADOS PARA LA COLOCACIÓN Y MOVILIDAD DE LOS 6 ELECTROCARDIOGRAFOS MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN REQUERIDOS PARA LA PARTIDA 8 DEL ANEXO TÉCNICO. EN ESE SENTIDO, CONSIDERANDO QUE PARA LA PRESENTE PARTIDA ÚNICAMENTE SE SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LA CANTIDAD TOTAL DE CARROS DE TRANSPORTE A SUMINISTRAR SERÁ DE 6 UNIDADES, ES DECIR, UN CARRO POR CADA EQUIPO ADJUDICADO, Y NO LAS 36 UNIDADES SEÑALADAS EN EL APARTADO DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE LOS CARROS DE TRANSPORTE CONSTITUYEN ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA INSTALACIÓN, SOPORTE Y MOVILIDAD DEL EQUIPO DE CADA LICITANTE, POR LO QUE SU CANTIDAD DEBE GUARDAR CORRESPONDENCIA CON EL NÚMERO DE EQUIPOS REQUERIDOS, SIN QUE EXISTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA SUMINISTRAR UNA CANTIDAD SUPERIOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA A LOS LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 8, LA TOTALIDAD DE CARROS DE TRANSPORTE SON 6.



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO, PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES REVISEN **LAS RESPUESTAS OTORGADAS**, QUE CUENTAN CON UN **PLAZO DE 06 (SEIS) HORAS** PARA FORMULAR Y ENVIAR POR LA **PLATAFORMA**, LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS **RESPUESTAS EMITIDAS**, MISMAS A LAS QUE SE LE DARÁN CONTESTACIÓN EL DÍA **08 DE JULIO DE 2026 A LAS 13:00 HORAS**. LO ANTERIOR POR TRATARSE DE UNA **licitación pública electrónica** EN LA PLATAFORMA, PARA QUE POSTERIORMENTE SE DE **CONTINUIDAD** CON LA PRESENTE **JUNTA DE ACLARACIONES**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 91 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DÉCIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE HACE CONSTAR QUE A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGUNA PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR.

II.- CIERRE DE ACTA:

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, CP. 78436, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, EN UN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 16:00 HORAS, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/> ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADO EL INICIO A LA **JUNTA DE ACLARACIONES**, SIENDO **LAS 14:00 HORAS**, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE **23 (CINCO) PÁGINAS Y 03 (TRES) PÁGINAS DE ANEXOS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.



2026
año de
**Margarita
Maza**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

SERVIDOR PÚBLICO	FIRMA
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
L.A. J. BULMARO SEGURA FLORES JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
C.P. ROSALÍO MARTÍNEZ NOYOLA SUPERVISOR DE PROYECTOS E2 OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
ING. DANIELA BERENICE CASTRO RÍOS REPRESENTANTE DEL AREA TÉCNICA DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	



ANEXO 1

REPORTE DE LAS SOLICITUDES
DE ACLARACIONES A LA
CONVOCATORIA Y ESCRITOS DE
INTERÉS EN PARTICIPAR A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA.





EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 7 de julio de 2026 a las 12:27

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: E-2026-00068988

Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026

Número de junta: 1

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	30 de junio de 2026 a las 08:21	30 de junio de 2026 a las 08:35	SI	NO
2	COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL SA DE CV	3 de julio de 2026 a las 07:25	3 de julio de 2026 a las 10:00	SI	NO
3	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	26 de junio de 2026 a las 13:59	26 de junio de 2026 a las 14:00	NO	NO
4	CONSULTMED REGULATION SA DE CV	6 de julio de 2026 a las 15:22		NO	NO
5	CORPORATIVO MS SISTEMAS .MEDICOS SA DE CV	3 de julio de 2026 a las 20:33	3 de julio de 2026 a las 20:34	SI	NO
6	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	26 de junio de 2026 a las 13:05	26 de junio de 2026 a las 13:05	NO	NO
7	GERD YERIK SA DE CV	29 de junio de 2026 a las 12:08		NO	NO



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



8	GRACIELA MEDEL ALFARO	26 de junio de 2026 a las 14:33	26 de junio de 2026 a las 14:34	NO	NO
9	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	26 de junio de 2026 a las 09:28		NO	NO
10	INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA S DE RL DE CV	1 de julio de 2026 a las 13:33	3 de julio de 2026 a las 18:00	SI	NO
11	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	25 de junio de 2026 a las 22:35	25 de junio de 2026 a las 22:35	NO	NO
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	4 de julio de 2026 a las 22:19	4 de julio de 2026 a las 22:22	SI	NO
13	MED RENT SA DE CV	30 de junio de 2026 a las 16:29	30 de junio de 2026 a las 16:30	SI	NO
14	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	30 de junio de 2026 a las 13:49	3 de julio de 2026 a las 12:35	SI	NO
15	MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV	26 de junio de 2026 a las 12:47		NO	NO
16	OSCAR FABIAN GOMEZ VALENCIA	29 de junio de 2026 a las 13:10		NO	NO
17	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	29 de junio de 2026 a las 13:24		NO	NO
18	TECNOMEDICS .SA DE CV	28 de junio de 2026 a las 17:28	29 de junio de 2026 a las 10:15	NO	NO
19	VARLIX MEXICO SA DE CV	29 de junio de 2026 a las 23:28		NO	NO

18



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026, PARA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL DÍA **08 DE JULIO DE 2026**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO **LA CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026, PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026** DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36, 37, 39 FRACCIÓN I, 40, 43, 44, 50, 68, 71 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 84, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.**

EL ACTO ES PRESIDIDO POR EL **MTRA. MARISOL MIER CASTILLO**, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE REPLANTEAMIENTOS EN RELACIÓN A LAS ACLARACIONES OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, CUYAS **REPREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX**, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.

ANTECEDENTES:

SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL DÍA **07 DE JULIO DE 2026**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO **LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026, PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026** DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36, 37, 39 FRACCIÓN I, 40, 43, 44, 50, 68, 71 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 84, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.**

EL PRESIDENTE DEL ACTO DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALANDO QUE EL **05 DE JULIO DE 2026 SI SE RECIBIERON PREGUNTAS EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE RECIBEN SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y SE RECIBEN ESCRITOS DE INTERÉS EN PARTICIPAR, DEL CUAL SE AGREGA REPORTE EMITIDO A TRAVES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX.**

No.	LICITANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ESCRITO DE INTERES	PREGUNTAS
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SI	1
2	COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL SA DE CV	SI	4
3	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	SI	0
4	CONSULTMED REGULATION SA DE CV	NO	0
5	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	SI	53
6	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	SI	0
7	GERD YERIK SA DE CV	NO	0
8	GRACIELA MEDEL ALFARO	SI	0
9	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	NO	0
10	INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA S DE RL DE CV	SI	4
11	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	SI	0
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	SI	20
13	MED RENT SA DE CV	SI	10
14	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	SI	10
15	MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV	NO	0
16	OSCAR FABIAN GOMEZ VALENCIA	NO	0





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026, PARA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	LICITANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ESCRITO DE INTERES	PREGUNTAS
17	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	NO	0
18	TECNOMEDICS SA DE CV	SI	0
19	VARLIX MEXICO SA DE CV	NO	0
TOTAL DE PREGUNTAS RECIBIDAS			102

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2026, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026, PARA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SAN LUIS POTOSÍ, EJERCICIO 2026, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36, 37, 39 FRACCIÓN I, 40, 43, 44, 50, 68, 71 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 84, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

ACTO SEGUIDO SE INFORMA QUE CON LA FINALIDAD DE CONTESTAR DE FORMA CLARA Y PRECISA TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, LA CONVOCANTE DIFIERE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES, PROGRAMANDO SU REANUDACIÓN A LAS 13:00 HORAS DEL 07 DE JULIO DE 2026 EN LA PLATAFORMA DIGITAL COMPRAS MX, CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 91 FRACCIÓN I PRIMER PARRAFO DE SU REGLAMENTO.

EL DÍA 07 DE JULIO DE 2026, LA CONVOCANTE PROCEDE A ENVIAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS A LA CONVOCATORIA QUE ESTIMARON PERTINENTES LOS LICITANTES Y, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL RESPECTIVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO, PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS, QUE CUENTAN CON UN PLAZO DE 06 HORAS PARA FORMULAR Y ENVIAR POR LA PLATAFORMA COMPRAS MX, LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS, MISMAS A LAS QUE SE LES DARÁ CONTESTACIÓN EL DÍA 08 DE JULIO DE 2026 A LAS 13:00 HORAS POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA, EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX, PARA QUE POSTERIORMENTE SE DE CONTINUIDAD CON LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.- DESARROLLO DEL EVENTO.-

UNA VEZ QUE CONCLUYÓ EL TIEMPO PREVISTO POR LA CONVOCANTE PARA RECIBIR PREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS, SE PROCEDE NUEVAMENTE A ESTABLECER EL ENLACE POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA, IDENTIFICÁNDOSE QUE SI SE RECIBIERON REPLANTEAMIENTOS A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA ELECTRÓNICO, DEL CUAL SE AGREGA ACUSE DE REPREGUNTAS EMITIDO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, EL CUAL SE PRESENTA EN EL ANEXO 01 (UNO).

No.	LICITANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ESCRITO DE INTERES	PREGUNTAS
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SI	--
2	COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL SA DE CV	SI	--
3	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	SI	--
4	CONSULTMED REGULATION SA DE CV	NO	--
5	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	SI	01
6	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	SI	--
7	GERD YERIK SA DE CV	NO	--
8	GRACIELA MEDEL ALFARO	SI	--
9	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	NO	--
10	INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA S DE RL DE CV	SI	--





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026, PARA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

No.	LICITANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ESCRITO DE INTERES	PREGUNTAS
11	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	SI	--
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	SI	--
13	MED RENT SA DE CV	SI	--
14	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	SI	--
15	MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV	NO	--
16	OSCAR FABIAN GOMEZ VALENCIA	NO	--
17	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	NO	--
18	TECNOMEDICS SA DE CV	SI	--
19	VARLIX MEXICO SA DE CV	NO	--
TOTAL DE PREGUNTAS RECIBIDAS			01

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE Y ÁREA TÉCNICA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: ----

No.	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	122076	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	DE LA PREGUNTA CON ID 1154599 DE CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN CABLE REUTILIZABLE POR CADA CAJA DE AGUJAS DESECHABLES SOLICITADA EN LOS PUNTOS REFERIDOS, SIENDO ÉSTE TOTALMENTE COMPATIBLE CON LAS AGUJAS Y CON EL EQUIPO OFERTADO. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EL CABLE REUTILIZABLE CUMPLE LA MISMA FUNCIÓN DE TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL OBTENIDA DURANTE LA ADQUISICIÓN DE DATOS DEL PACIENTE, GARANTIZANDO LA MISMA CALIDAD Y DESEMPEÑO CLÍNICO REQUERIDO POR EL FABRICANTE. ASIMISMO, AL SER UN ACCESORIO REUTILIZABLE, PERMITE SU UTILIZACIÓN EN MÚLTIPLES PROCEDIMIENTOS CON DIFERENTES PACIENTES, MIENTRAS QUE LAS AGUJAS CONTINUÁN SIENDO DESECHABLES PARA CADA ESTUDIO, SIN AFECTAR LA SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD NI EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD CLÍNICA DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE "SÍ SE ACEPTA OFERTAR "UN CABLE REUTILIZABLE POR CADA CAJA DE AGUJAS DESECHABLES SOLICITADA EN LOS PUNTOS REFERIDOS, SIENDO ÉSTE TOTALMENTE COMPATIBLE CON LAS AGUJAS Y CON EL EQUIPO OFERTADO", SIENDO NO LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES EL PRESENTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SERÁ SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, VERIFICANDO SU COMPLETA FUNCIONALIDAD CON EL EQUIPO OFERTADO.

ESTA CONVOCANTE CONSIDERA QUE LAS RESPUESTAS QUE FUERON OTORGADAS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN A LOS CUESTIONAMIENTOS O DUDAS DE LOS LICITANTES Y QUE SE LES PROPORCIONÓ TODA LA INFORMACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN II y III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN ESTE ACTO SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: -----

EVENTO: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. -----

FECHA	HORA	MEDIO DE PARTICIPACIÓN
16/07/2026	13:00 HORAS	EL ACTO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (COMPRAS MX).





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026, PARA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS, OOAD SLP, EJERCICIO 2026.

DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 43 DE LA LEY** DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 35 DÉCIMO PÁRRAFO DE LA LEY** DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE HACE CONSTAR QUE A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGUNA PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR.

II.- CIERRE DE ACTA:

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 50 DE LA LEY** DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, CP. 78436, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, EN UN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 16:00 HORAS, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/> ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 84 DE LA LEY** DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADO LA **CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**, SIENDO **LAS 14:00 HORAS**, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE **04 (CUATRO) PÁGINAS Y 03 (TRES) PÁGINAS DE ANEXOS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

SERVIDOR PÚBLICO	FIRMA
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
L.A.J. BULMARO SEGURA FLORES JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
C.P. ROSALÍO MARTÍNEZ NOYOLA SUPERVISOR DE PROYECTOS E2 OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



ANEXO 1

REPORTE DE LOS
REPLANTEAMIENTOS
PRESENTADOS





EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 8 de julio de 2026 a las 09:57

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: E-2026-00068988

Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR023-N-84-2026

Número de junta: 1

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaración	Acuse(s) de repreguntas
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	30 de junio de 2026 a las 08:21	30 de junio de 2026 a las 08:35	SI	NO
2	COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL SA DE CV	3 de julio de 2026 a las 07:25	3 de julio de 2026 a las 10:00	SI	NO
3	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	26 de junio de 2026 a las 13:59	26 de junio de 2026 a las 14:00	NO	NO
4	CONSULTMED REGULATION SA DE CV	6 de julio de 2026 a las 15:22		NO	NO
5	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	3 de julio de 2026 a las 20:33	3 de julio de 2026 a las 20:34	SI	SI
6	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	26 de junio de 2026 a las 13:05	26 de junio de 2026 a las 13:05	NO	NO
7	GERD YERIK SA DE CV	29 de junio de 2026 a las 12:08		NO	NO



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>



8	GRACIELA MEDEL ALFARO	26 de junio de 2026 a las 14:33	26 de junio de 2026 a las 14:34	NO	NO
9	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	26 de junio de 2026 a las 09:28		NO	NO
10	INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA S DE RL DE CV	1 de julio de 2026 a las 13:33	3 de julio de 2026 a las 18:00	SI	NO
11	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	25 de junio de 2026 a las 22:35	25 de junio de 2026 a las 22:35	NO	NO
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	4 de julio de 2026 a las 22:19	4 de julio de 2026 a las 22:22	SI	NO
13	MED RENT SA DE CV	30 de junio de 2026 a las 16:29	30 de junio de 2026 a las 16:30	SI	NO
14	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	30 de junio de 2026 a las 13:49	3 de julio de 2026 a las 12:35	SI	NO
15	MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV	26 de junio de 2026 a las 12:47		NO	NO
16	OSCAR FABIAN GOMEZ VALENCIA	29 de junio de 2026 a las 13:10		NO	NO
17	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	29 de junio de 2026 a las 13:24		NO	NO
18	TECNOMEDICS SA DE CV	28 de junio de 2026 a las 17:28	29 de junio de 2026 a las 10:15	NO	NO
19	VARLIX MEXICO SA DE CV	29 de junio de 2026 a las 23:28		NO	NO