



Contrato Abierto para la prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL INSTITUTO", representado en este acto por el Dr. José David Orgaz Fernández, en su carácter de Apoderado Legal y Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco y por la otra la Persona Moral GERD YERIK, S.A. DE C.V., en lo subsecuente "EL PROVEEDOR", representado en este acto por el C. Fernando Aarón Hernández Osornio, en su carácter de Representante Legal de la empresa, a quienes de manera conjunta se les denominara "LAS PARTES", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

- I. "EL INSTITUTO", declara que:
- I.1. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social, el cual está facultado para contratar toda clase de servicios en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.
- I.2. El Dr. José David Orgaz Fernández, en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "EL INSTITUTO", de conformidad con lo previsto en el artículo 251 A de la Ley del Seguro Social, en correlación con los dispuesto en los numerales 139, 141, 144, fracciones I, XXIII y XXXVI, y 155, fracción XXVII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; facultades que fueron conferidas mediante el Acuerdo ACDO.DN.HTC.260623/154.P.DG, dictado por el H. Consejo Técnico de "EL INSTITUTO" en sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2023, así mismo acredita su personalidad como Apoderado Legal de "EL INSTITUTO" mediante el Séptimo Testimonio de Escritura Pública número 82,337, de fecha 28 de junio de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreya y Silva, Notario Público Número 13, de la Ciudad de México, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en cumplimiento a lo establecido en los artículo 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, además quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
- Su nombramiento como Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco de "EL INSTITUTO" quedo inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio 97-5-06072023-180305, de 06 de Julio de 2023, asimismo el instrumento legal que lo acredita como Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social quedo inscrito bajo el folio 97-7-10072023-181256, de fecha 28 de Junio de 2023, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 25, fracciones III y IV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- I.3. De conformidad con el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "LAASSP", suscribe el presente instrumento el Ing. Bismar Vázquez Camacho, Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales, designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a "EL PROVEEDOR" para los efectos del presente contrato, designación que se encuentra contenida en el presente instrumento jurídico en su ANEXO 04 (CUATRO).



- I.4. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024**, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 25, **26 fracción I**, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 45 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 2, fracción II, 39, 46 y 48 de su Reglamento; y numerales 2.6, inciso b), 4.13, 4.17 párrafo sexto y último, 4.45, 5.3.3 inciso b), 5.3.12, inciso b), 5.4.10, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 4.2.2.1.7, 4.2.2.1.10, 4.2.2.1.13, 4.2.2.1.20 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en términos del acta de Fallo de fecha **30 de enero de 2024** suscrita(o) por el Lic. **Hugo Pérez López**, Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, documento que se integran en el **ANEXO 03 (TRES)** del presente contrato.
- I.5. "EL INSTITUTO" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** cuenta número **42062508**, con folio de autorización **0000010698-2024** de fecha **09 de octubre de 2023**, emitido por el **Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos**, que se agrega al presente contrato en el **ANEXO 6 (SEIS)**.
- I.6. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número: **IMS421231145**.
- I.7. Tiene establecido su domicilio en Avenida César A. Sandino 102, Colonia Primero de Mayo, Código Postal 86190, en Villahermosa, Tabasco, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. "EL PROVEEDOR", declara que:

- II.1. Es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 38,522, de fecha 25 de julio de 2016, pasada ante la fe de la Licenciada Mariana Perez Salinas y Ramirez, Notario Público Número 170, de la Ciudad de México, denominada **GERD YERIK, S.A. DE C.V.**, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, en fecha 31 de enero de 2017, bajo el folio mercantil electrónico N-2017007646 y cuyo objeto social es, entre otros: *La compra, venta, adquisición, importación, exportación, distribución, representación, fabricación, reparación, mantenimiento, transporte, arrendamiento, almacenamiento, maquila y en general, la comercialización de toda clase de productos terminados, semiterminados y de cualquier otra forma.*
- II.2. El C. **Fernando Aarón Hernández Osornio**, en su carácter de Representante Legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con Escritura Pública número 42,396, de fecha 28 de septiembre de 2020, pasada ante la fe de la Licenciada Mariana Perez Salinas y Ramirez, Notario Público Número 170, de la Ciudad de México, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.
- II.3. Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento
- II.4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número **GYE160725411**; y que cuenta con Registro Patronal número [REDACTED]
- II.5. Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro



Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

- II.6. Tiene establecido su domicilio en: Carretera México-Toluca, número 5420, Colonia El Yaqui, en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, Código Postal 05320, Teléfono: 555-585-95-02, Correo Electrónico: [REDACTED] mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III. "LAS PARTES", declaran que:

- III.1. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" aceptan y se obligan a proporcionar a "EL INSTITUTO" la prestación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria precisada en el punto I.4 de la sección de declaraciones del presente Instrumento, así como de este Contrato y sus anexos que forman parte integrante del mismo:

| | |
|--------------------|---|
| ANEXO 01 (UNO) | DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO |
| ANEXO 01 A (UNO A) | CALENDARIO DE SERVICIOS Y DOMICILIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS |
| ANEXO 01 B (UNO B) | ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO |
| ANEXO 01 C (UNO C) | BITÁCORA DE SERVICIO |
| ANEXO 02 (DOS) | ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES |
| ANEXO 03 (TRES) | ACTA DE FALLO |
| ANEXO 04 (CUATRO) | DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO |
| ANEXO 05 (CINCO) | FORMATO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| ANEXO 06 (SEIS) | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |

SEGUNDA.- DE LOS MONTOS Y PRECIOS.

"EL INSTITUTO" pagara a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por la prestación del servicio objeto de este contrato, la cantidad mínima \$711,698.18 (setecientos once mil seiscientos noventa y ocho pesos 18/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, ascendiendo a un importe total de **\$825,569.89 (ochocientos veinticinco mil quinientos sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.)**; y el presupuesto máximo a ejercer será de \$1,779,245.45 (un millón setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos 45/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, ascendiendo a un importe total **\$2,063,924.72 (dos millones sesenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos 72/100 M.N.)**

Importes mínimos y máximos a pagar de acuerdo a lo siguiente:

| | Importe Total Sin IVA | Impuesto al Valor Agregado | Importe Total Más IVA |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Presupuesto Mínimo | \$711,698.18 | \$113,871.71 | \$825,569.89 |
| Presupuesto Máximo | \$1,779,245.45 | \$284,679.27 | \$2,063,924.72 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Numero de Registro PREI
CCON242825080018

Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional, corresponden a los expresados en el Acta de Fallo, la cual forma parte integrante del presente contrato y se encuentra señalada en el **ANEXO 03 (TRES)** del presente Instrumento.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato **"EL INSTITUTO"** no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"EL INSTITUTO" efectuará los pagos correspondientes a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el **ANEXO 02 (DOS)**, que forma parte integrante de este contrato.

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a **"EL INSTITUTO"**, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la **"LAASSP"**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"EL PROVEEDOR"** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"EL PROVEEDOR"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la **"LAASSP"**.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **"EL INSTITUTO"**, para efectos del pago.



QUINTA. - LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por "EL INSTITUTO" en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados al presente instrumento jurídico en su ANEXO 02 (DOS), apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en el Acta de Fallo, del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones correspondiente y los cuales forman parte del presente contrato, en el ANEXO 02 (DOS), así como las fechas establecidas en el mismo.

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR", prestara el servicio objeto del presente contrato en los domicilios señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones correspondiente y los cuales forman parte del presente contrato en el ANEXO 02 (DOS).

PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- El plazo para la prestación del servicio objeto del presente contrato, deberá estarse a lo señalado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones correspondiente y los cuales forman parte del presente contrato en el ANEXO 02 (DOS).

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga con "EL INSTITUTO" a cumplir con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo al Anexo Técnico, a los Términos y Condiciones que se integran al presente instrumento jurídico en el ANEXO 02 (DOS), así como a lo estipulado en la respectiva Acta de Fallo, así como de las propuestas Técnica y Económica, presentadas por "EL PROVEEDOR" las cuales se agregan como ANEXO 03 (TRES) al presente contrato y lo dispuesto en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, "EL INSTITUTO" no dará por aceptado el servicio objeto del presente contrato.

SEXTA.- VIGENCIA.

"LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será del 31 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

SEPTIMA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" Están de acuerdo que "EL INSTITUTO" por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

"EL INSTITUTO" podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los servicios, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de "EL PROVEEDOR".



De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a "EL INSTITUTO", se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de "LAS PARTES".

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de "EL INSTITUTO" que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual "EL PROVEEDOR" Realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP.

"EL INSTITUTO" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA.- GARANTÍAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que "EL PROVEEDOR" presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.

NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción I (dependencias) o II (entidades), de la "LAASSP"; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL INSTITUTO" por un importe equivalente al 10% sobre el importe máximo total, sin incluir el I.V.A., en moneda nacional.

Dicha fianza deberá ser entregada a "EL INSTITUTO" a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, "EL INSTITUTO" podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de "EL PROVEEDOR", derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que "EL INSTITUTO" reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO", dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.



Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por "EL PROVEEDOR" cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a "EL INSTITUTO" a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por "EL INSTITUTO" procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"

- a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".
- e) En caso de estipular obligaciones adicionales, agregar los incisos que se requieran.

DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO".

- a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.
- b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- c) Extender a "EL PROVEEDOR", por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

"EL INSTITUTO" designa como Administrador del presente contrato al Ing. Bismar Vázquez Camacho, Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales, quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

"EL INSTITUTO", a través del administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose "EL PROVEEDOR" en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para "EL INSTITUTO", sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

"EL INSTITUTO", a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.



DÉCIMA TERCERA. - DEDUCCIONES.

“EL INSTITUTO” aplicara deducciones de pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR”, conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos las cuales se calcularan de la siguiente manera:

En términos del artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su reglamento, el Instituto aplicará deductivas conforme a:

- A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 1% (uno por ciento) del servicio prestado de manera parcial o deficiente.
- B. Se exceda el tiempo de atención para el Mantenimiento correctivo, de 2 días hábiles, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del costo del servicio.
- C. Que la persona que se presente a realizar el servicio, sea distinta de aquellas que se relacionaron como personal técnico responsable de la ejecución del servicio en el **Anexo Número 1 (Uno)** y/o que no se identifique debidamente.
- D. Cuando El Proveedor no presente su facturación para pago en un periodo no mayor a 3 días después de concluido el servicio a entera satisfacción del Instituto, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del costo del servicio.

El Administrador del contrato, será el encargado de realizar el cálculo, aplicación y seguimiento de las deductivas por la prestación deficiente de los servicios.

El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas, sobre los pagos que deberá cubrir a El Proveedor.

| Concepto | Niveles de servicio | Unidad de medida para la deducción | Deducción | Límite de incumplimiento de motivo de rescisión del contrato | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción |
|---|--|---|---|--|--|--|
| Cuando “El Instituto”, compruebe a “El Proveedor” que el personal no porta uniforme que haya ofrecido en su propuesta técnica presentada para participar en esta licitación. | Cuando el proveedor no cumpla con los estándares de imagen que ofrecen en el contrato. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos días | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| “El Instituto” compruebe a “El Proveedor”, que el personal que realizara el servicio, se acompañe de personas que no intervengan en el servicio a prestar ante “El Instituto” | Dentro del Horario establecido de salida y retorno | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos días | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando “El Instituto” compruebe a “El Proveedor”, que no cuenta con un número telefónico o correo | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.5% del importe total de la facturación del servicio | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones, | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe | El Administrador del contrato |

OFICINA DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Número de Registro PREI
CCON242825080018

| Concepto | Niveles de servicio | Unidad de medida para la deducción | Deducción | Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción |
|--|--|---|---|---|--|--|
| electrónico para realizar la solicitud de servicio preventivo o correctivo. | | | correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | | de Oficina de Conservación | |
| Cuando "El Proveedor", no acuse de recibido el correo de solicitud de servicio preventivo o correctivo. | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones, | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que las herramientas o equipos a utilizar para la prestación del servicio no son las adecuadas. | Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que el personal no está debidamente capacitado para realizar la prestación del servicio. | Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Proveedor" no presente su facturación para pago en un periodo no mayor a 3 días después de concluido el servicio a entera satisfacción de "El Instituto". | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | No aplica | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando se compruebe que "El Proveedor", no tiene registrados a sus trabajadores ante el IMSS, (Personal propuesto por el Proveedor para prestación del servicio). | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", los trabajos no fueron realizados adecuadamente. | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Número de Registro PREI
CCON242825080018

| Concepto | Niveles de servicio | Unidad de medida para la deducción | Deducción | Limite de incumplimiento de motivo de rescisión del contrato | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción |
|---|--|---|---|--|--|--|
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que el personal se presente bajo los efectos de alcohol o algún narcótico. | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | Se aplicará una deducción del 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que su personal presento conductas inadecuadas hacia personal y derechohabientes de "El Instituto" | Durante la prestación del servicio | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | Se aplicará una deducción del 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | Administrador del Contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada | Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor" que se excedió el tiempo de atención para el Mantenimiento correctivo, de 2 días hábiles, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción | Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que la persona que se presente a realizar el servicio, sea distinta de aquellas que se relacionaron como personal técnico responsable de la ejecución del servicio y/o que no se identifique debidamente. | Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |

En caso de rescisión del contrato no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

La Deductiva por Incumplimiento Parcial, se calculará cuando exista retraso en la prestación o entrega de los servicios hasta un máximo de 4 días, de acuerdo con el porcentaje de deducción establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

DÉCIMA CUARTA. -PENAS CONVENCIONALES.

El Instituto de conformidad con el art. 53 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 95 del Reglamento de la Ley referida, procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la prestación del

OFICINA DE CONTRATOS



servicio, por el equivalente al 1% (un por ciento) por día de atraso, sobre el valor total de lo incumplido o cuando el servicio no cumpla con los solicitado, en el contrato.

La pena convencional será aplicada por cada día de atraso en la prestación del servicio, considerando Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo cuando:

- A. Se exceda el plazo para la ejecución de los Servicios de Mantenimiento Preventivo conforme a las fechas establecidas en el cronograma de mantenimiento.
- B. Se exceda el plazo para la ejecución de los Servicios de Mantenimiento Preventivo estipulados en el numeral 2.3.2.
- C. Se exceda el plazo para la ejecución de los Servicios de Mantenimiento Correctivo estipulados en el numeral 2.3.2.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso y la que no debe ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El Administrador del Contrato, será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de penas convencionales, objeto del servicio.

El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar una pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a El Proveedor.

El Proveedor autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones que se señalan en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a él deberán de cubrirse, durante el periodo en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

| Concepto | Unidad de medida | % de Penalización | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena |
|---|--|-------------------|--|---|
| Cuando "El Instituto" compruebe, que una vez transcurrido el plazo del Inicio de los servicios "El Proveedor" no se presentó a realizar el servicio correspondiente. | Se aplicaran a "El Proveedor", mientras que el servicio no sea realizado de manera oportuna y de acuerdo al servicio contratado y hasta por un total de 4 días de atraso, de conformidad con el artículo 53 de la LAASSP | 1% | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | Administrador del Contrato |
| Cuando "El Proveedor" no realice los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las especificaciones y alcances contenidos en el contrato del presente de los términos y condiciones. | Se aplicará a "El Proveedor", mientras que el servicio no se realice de acuerdo a las especificaciones y alcances contenidos en el contrato. | 1% | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | Administrador del Contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que no entregó los equipos de acuerdo a la fecha establecida. | Se aplicaran a "El Proveedor", mientras que el servicio no sea entregado en el periodo acordado. | 1% | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | Administrador del Contrato |



El máximo de penalización es de hasta 4 días de acuerdo al servicio no prestado o entregado oportunamente; es decir: Garantía de cumplimiento del contrato / Penalización por cada día de atraso ya sea en el inicio de los trabajos o entrega de los mismos = $1 * 1$ hasta por 4 días de incumplimiento máximo de penalización.

| Cantidad de servicio | Precio Unitario del servicio | Valor del contrato | (A) Cantidad de servicios | (B) Días de atraso | (C) Pena por atraso 2.5% del P. U. del servicio = $\$x2.5\%$ | (D) Penalización por cada día de atraso en que incurrió (B) x (C) | Penalización por atraso en la entrega (A) x (D) |
|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|
| 1 | | | | Máximo 4 días | | Días x \$\$= | $2.5 \times D =$ |

Por ningún concepto, las penas convencionales podrán exceder el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.

DÉCIMA QUINTA.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

"EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA.- SEGUROS.

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que "EL PROVEEDOR" contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SEPTIMA.- TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones correspondientes del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DECIMA NOVENA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO".

VIGÉSIMA.- DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" o a terceros.



De presentarse alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO", por cualquiera de las causas antes mencionadas, "EL PROVEEDOR", se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que "EL INSTITUTO" tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, "EL PROVEEDOR" se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que "LAS PARTES" recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, "EL PROVEEDOR" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo "EL PROVEEDOR" deberá observar lo establecido en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.-SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, "EL INSTITUTO" en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a "EL PROVEEDOR", aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si "EL INSTITUTO" así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO", ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.



Cuando "EL INSTITUTO" determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a "EL PROVEEDOR", debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a "EL PROVEEDOR" a parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA CUARTA.- RESCISIÓN.

"EL INSTITUTO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.
- b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
- c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO".
- d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.
- e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.
- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.
- j) En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento;
- k) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de "EL INSTITUTO" en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
- l) Impedir el desempeño normal de labores de "EL INSTITUTO";
- m) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL INSTITUTO" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.



Transcurrido dicho término "EL INSTITUTO", en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL INSTITUTO" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de "EL PROVEEDOR".

Iniciado un procedimiento de conciliación "EL INSTITUTO" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la "LAASSP".

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, "EL INSTITUTO" quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la "LAASSP".

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO". "EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "EL INSTITUTO".

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a "EL INSTITUTO" Respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos jurídicos en materia de trabajo y de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por "EL INSTITUTO", así como en la ejecución del objeto del presente contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Numero de Registro PREI
CCON242825080018

Para cualquier caso no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, "EL INSTITUTO" reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de "EL PROVEEDOR", en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a "EL INSTITUTO", "EL PROVEEDOR" queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA.- DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en el Acta de Fallo o Adjudicación respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la "LAASSP".

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGESIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" Se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA.- CUENTAS PENDIENTES POR LIQUIDAR EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL IMSS" las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación de bienes o servicios.", de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.10, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Clausula agregada de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.10 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.



TRIGÉSIMA PRIMERA.-JURISDICCIÓN.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES

Por lo anterior expuesto, “EL INSTITUTO” y “EL PROVEEDOR”, manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 12 de febrero de 2024, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR” y los restantes en poder de “EL INSTITUTO”.

Por: “EL INSTITUTO”

Dr. José David Orgaz Fernández¹

Apoderado Legal y Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco.

Lic. Jose Pablo Broca Casas, Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, actuando en suplencia por ausencia del Dr. José David Orgaz Fernández Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 251-A de la Ley del Seguro Social, 138, 139, 144, 155 primer párrafo, fracción XXVII, inciso a) párrafo único e inciso b) párrafo único y 158 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y de conformidad con el Aviso por el cual se designa al Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos para que supla las ausencias del Dr. José David Orgaz Fernández Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco del Instituto Mexicano del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 06 de Septiembre de 2023.

Por “EL PROVEEDOR”

C. Fernando Aarón Hernández Osornio
Representante Legal de la Empresa
GERD YERIK, S.A. DE C.V.
GYE160725411

¹ La firma del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, no implica la validación del procedimiento de contratación del cual deviene el presente contrato, así como la debida integración de los anexos insertos al mismo, siendo responsabilidad del área requirente y contratante todo lo estipulado en el presente instrumento legal, así como el cumplimiento de todas las obligaciones que emanen del mismo, lo anterior de conformidad con los artículos 45, 59, 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, en correlación con el numeral 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como lo dispuesto en el diverso 7, I, II, III, VI, IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



“RATIFICAN EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO”

Lic. Jose Pablo Broca Camas
Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos

TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA

De acuerdo a lo establecido por los numerales 4.2.6, y 4.2.6.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Lic. Hugo Pérez López
Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios

REPRESENTANTE DEL ÁREA CONTRATANTE

De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.8, inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social

Ing. Bismar Vázquez Camacho
Encargado del Departamento de Conservación y
Servicios Generales

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3.15, inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social

Ing. Bismar Vázquez Camacho
Encargado del Departamento de Conservación y
Servicios Generales

REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3.1, inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Número de Registro PREI
CCON242825080018

ANEXO 01 (UNO) DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO



ANEXO NUMERO 1 (UNO)

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO

- I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco.
II. EQUIPOS A LOS QUE SE LES OTORGARÁ EL SERVICIO:

PARTIDA 1

Table with 8 columns: NO., NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NO. DE SERIE, NNI, UBICACIÓN, NO. DE SERVICIOS. Contains 11 rows of equipment data.

PARTIDA 2

Table with 8 columns: NO., NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NO. DE SERIE, NNI, UBICACIÓN, NO. DE SERVICIOS. Contains 6 rows of equipment data.





PARTIDA 3

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|--------|-----------|--------------|-----|---------------------|------------------|
| 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE SIN FOTOTERAPIA | OHMEDA | OHIO 3300 | HCCJ11066 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 4

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO | ATOM | AIR INCU I | 2760229 | 201700030077 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO | ATOM | AIR INCU I | 2760230 | 201700030078 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 5

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | INCUBADORA DE TRASLADO | SAPS | ISOTERM SCALE | VE12-120 | 201500006172 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 6

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|----------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | INCUBADORA DE TRASLADO | ANVE | ROMIT | ITR-005 | 201700027072 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | INCUBADORA DE TRASLADO | ADVANCED | A-3158 | CF-5523 | 201200012069 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 3 | INCUBADORA DE TRASLADO | ADVANCED | A-3158 | CF-5520 | 201200012070 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 4 | INCUBADORA DE TRASLADO | MEDIX | TR-306 | S/N | 200500013301 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 5 | INCUBADORA DE TRASLADO | ANVE | ROMIT | ITR-008-18 | 201800021283 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 6 | INCUBADORA PEDIÁTRICA NEONATAL DE TRANSPORTE | FINESA | Maternal Movil Care | S/N | 199034935 | HGS 4 TENOSIQUE | |

PARTIDA 7 (chechar)

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-----------|----------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO GRANDE (CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR) | TUTTNAUER | 69150 | 16070152 | 201700022737 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082217 | 201600022612 | UMF 03 TACOTALPA | |



| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|------------|----------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 3 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082206 | 201600022623 | UMF 05 SANTA ROSALIA | |
| 4 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082215 | 201600022608 | UMF 11 COMALCALCO | |
| 5 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082211 | 201600022627 | UMF 14 20 DE NOVIEMBRE | |
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082212 | 201600022625 | UMF 15 CD. PEMEX | |
| 7 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082202 | 201600022588 | UMF 18 TEAPA | |
| 8 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082214 | 201600022580 | UMF 18 TEAPA | |
| 9 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082204 | 201600022615 | UMF 21 PARAISO | |
| 10 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082203 | 201600022577 | UMF 23 HUIMANGUILLO | |
| 11 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082205 | 201600022618 | UMF 26 JALPA DE MENDEZ | |
| 12 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082209 | 201600022592 | UMF 30 JONUTA | |
| 13 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082207 | 201600022624 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | |
| 14 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082208 | 201600022621 | UMF 36 BALANCAN | |
| 15 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082200 | 201600022576 | UMF 39 VILLAHERMO SA | |
| 16 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082218 | 201600022591 | UMF 39 VILLAHERMO SA | |
| 17 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082210 | 201600022584 | UMF 41 BENITO JUAREZ | |
| 18 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082216 | 201600022575 | UMF 43 VILLAHERMO SA | |
| 19 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082213 | 201600022587 | UMF 44 VILLAHERMO SA | |
| 20 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttinauer | 2540 EVB | 16082201 | 201600022579 | UMF 47 VILLAHERMO SA | |

PARTIDA 8

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|---------|---------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 1 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | STEELCO | PL130/1 | 19A0310LS039 | 202180003132 | HGZ 46 VILLAHERMO SA | |
| 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (CON 2 PUERTAS, ANTERIOR Y POSTERIOR) | STEELCO | VS3/2 | 12931 | 202180003133 | HGZ 46 VILLAHERMO SA | |



| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|---------|--------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 3 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (CON 2 PUERTAS, ANTERIOR Y POSTERIOR) | STEELCO | VS3/2 | 13078 | 202180003134 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 13185 | 202180003002 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 5 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 13186 | 202180003003 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 11239 | 201700027073 | UMF 48 POMOCA | |

PARTIDA 9

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|----------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | TEMAZCALLI SIGLO XXI | TG-3 | 1372-A | 200900012894 | UMF 47 | |
| 7 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | M11 | | 201900011464 | UMF20 | |
| 9 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | LORMA | AV07 | 32331 | S/N | UMF 27 | |
| 12 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | M11 | V1950614 | 201700026733 | UMF 48 POMOCA | |
| 13 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | MII-020 | V1909113 | 201800020743 | UMF 21 | |
| 1 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | FEHLMEX | MAYA M-20 | MB-17904 | 202180003248 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 10

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00963 | 201080047023 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00962 | 201080047025 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO B40i) | GENERAL ELECTRIC | CARESTATION620/B40i | SM619440017MA / SMB19430069HA | 202080011423 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO CARESCAPE B650) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE 7900 CARESCAPE MONITOR B650 | ANCU0096 SK4154511553HA | 201580001586 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |



| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 5 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00884 | 201080046987 | HGZ 2 CARDENAS | |
| 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00998 | 201080046988 | HGZ 2 CARDENAS | |
| 7 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00994 | 201080046989 | HGZ 2 CARDENAS | |
| 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO TERAMAX 1000) | TEKNODOL | BÁSICA | MA-02-1018 | 201600004867 | HGZ 2 CARDENAS | |

PARTIDA 11

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART LST | 801631 | 200900002019 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART LST | 801630 | 200900002018 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 12

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|-------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247551081A1U | 20190009117 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247751081A1U | 20190009118 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247701081A1U | 20190009119 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 13

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM741 | 201500006125 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL- | MEDICA | SMART | 2015SM743 | 201500006124 | HGZ 46 | |



| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| | PEDIÁTRICO-ADULTO | D | NG | | | VILLAHERMOSA | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM745 | 201500006123 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM742 | 201500006126 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM746 | 201500006127 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM744 | 201500006128 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 14

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 640 | 202080005981 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 535 | 202080005979 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 578 | 202080005982 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 583 | 202080005983 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 566 | 202080009287 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 584 | 202080005984 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 649 | 202080005999 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 627 | 202080005998 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 565 | 202080009286 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 510 | 202080005996 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 11 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 479 | 202080005992 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 12 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 477 | 202080005993 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 13 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 455 | 202080005995 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 14 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 449 | 202080005991 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 15 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 446 | 202080005990 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 16 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 445 | 202080005989 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 17 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 443 | 202080005988 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 18 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 406 | 202080005997 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 19 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 288 | 202080005986 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 20 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 287 | 202080005985 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 21 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020MST 491 | 202080005994 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 22 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020MST 444 | 202080005987 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 23 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 447 | 202080005980 | HGZ 2 CÁRDENAS | |



PARTIDA 15

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|---------------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | HEINEN & LOWENSTEIN | LEONI PLUS | 0217004HUL44501230 | 201500006136 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | HEINEN & LOWENSTEIN | LEONI PLUS | 0217004HUL44501235 | 201500006137 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 16

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV0908938 | 200980004424 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV0908939 | 200980004425 | HGZ 2 CÁRDENAS | |

PARTIDA 17

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO | EVENT MEDICAL | INSPIRATION 71 | 20157140008 | 201500006177 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 18

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------|--------------|-----|---------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62736 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62586 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62734 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62655 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62797 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 19

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|---------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS RESPIRONICS | TRILOGY 202 | TV017122068F | 201700026235 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILOGY EVO | H285620354238 | 202080009795 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILOGY EVO | H28562077064A | 202080009796 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |



| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------------------|---------|-------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| 4 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILOGY EVO | H28562077233B | 202080009797 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 20

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|--------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | Ventilador de traslado pediátrico adulto | Drager | Oxylog 3000 | ASLK-0040 | 201800021629 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 21

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIR CAREFUSION | AVEA | BKV01271 | 201980002972 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIR CAREFUSION | AVEA | BKV01279 | 201980002973 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIR CAREFUSION | AVEA | BKV01276 | 201980002974 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIR CAREFUSION | AVEA | BKV01273 | 201980002975 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIR CAREFUSION | AVEA | BKV01275 | 201980002976 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 22

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLS MARTIN | MARLED E9I-E9I | ME9IB331715C3109 ME9IB331715C3108 | 201580001349 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 23

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLYO | M310/M310 | KLED17K152 / MCH3E17L199,200 | 201880000616 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLYO | M310/M310 | KLED17K149 / MCH3E171197,98 | 201880000615 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | KLYO | M310/M310 | KLED17K119 | S/N | HGZ 2 CÁRDENAS | |

PARTIDA 24

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419410411 | 201980009112 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419414415 | 201980009113 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |



| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| 3 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419418419 | 201980009109 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419417416 | 201980009110 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419413412 | 201980009111 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | | 2016800252 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID-30087-038-048-30102019 | 201980009106 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID-30087-039-048-30102019 | 201980009107 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 7 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | Dewilux dl160/160 led vario + ups | ID-30087-040-048-30102019 | 201980009108 | Dewilux dl160/160 led vario + ups | HGS 4 TENOSIQUE | |

PARTIDA 25

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|--------|----------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (PARA CIRUGÍA GENERAL) | MEDIFA | 601700 | 21894 | 201780007540 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (PARA CIRUGÍA GENERAL) | MEDIFA | 601700 | 21895 | 201780007541 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA) | MEDIFA | 601700 | 23473 | 201980000399 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23477 | 201980007738 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23476 | 201980007739 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23478 | 201980007740 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160-G | 08-645 | 200800026200 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160 | 08-643 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160 | 08-644 | 200800026206 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23448 | 201980000401 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 11 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA). | MEDIFA | 601700 | 23472 | 201980000400 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 12 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA | BAME | 2200 SBR | 2A253-02-0003 | 201500004110 | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 13 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA | Amsco | 1080 | S/N | 1999027126 | HGS 4 TENOSIQUE | |

PARTIDA 26

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180218057 | 201800020146 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180220499 | 201800020148 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |



| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-------|----------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 3 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180218055 | 201800020145 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180220495 | 201800020147 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 200 | 3650225649 | 201880036893 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238899 | 201980007898 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238898 | 201980007897 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238896 | 201980007899 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238897 | 201980007900 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180187369 | 201680012142 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 11 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180187370 | 201680012143 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 12 | Unidad de electrocirugía de uso general | LED | Surtron 400 HP | 5180238895 | 201980007901 | HGSZ 4 TENOSIQUE | CONFIRMAR CON ZURITA |

PARTIDA 27

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|--------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | SORING | MBC-601 | 912364 | 201500000003 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | SORING | MBC-601 | 912316 | 201500000004 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | SORING | MBC-601 | 912286 | 201500000005 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | SORING | MBC-601 | 912322 | 201500000006 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | ALSA | Excell 250 MCDS | 443-06/07 | 200800026235 | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 6 | Unidad de electrocirugía de uso general | Alsa | Excell 250 MCDS | 3085-07/17 | 202100035321 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 7 | Unidad de electrocirugía de uso general | Alsa | Excell 250 MCDS | 3087-07/18 | 202100035322 | HGZ 2 CÁRDENAS | |

PARTIDA 28

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MEDILUX 12 | 101061 | 201180002022 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MEDILUX 12 | 101071 | 201180002024 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150427 | 201580001254 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150428 | 201580001255 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160757 | 201680015303 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160756 | 201680015304 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160755 | 201680015305 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |



| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 8 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150427 | 201580001254 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150428 | 201580001255 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG- 18 | 160760 | 201680013308 | UMF 43 VILLAHERMOSA | |
| 11 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160759 | 201680015306 | UMF 43 VILLAHERMOSA | |
| 12 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | Hund/Helmut | Medicus Plus | 1029761 | 201700021221 | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 13 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | Hund/Helmut | Medicus Plus | 1030448 | 201700021222 | HGS 4 TENOSIQUE | |

PARTIDA 29

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA (AUTOMÁTICO) | LEICA | RM2245 | 11308 | 201600030289 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA (AUTOMÁTICO) | LEICA | RM2245 | 11306 | 201600030288 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA | THERMO SCIENTIFIC | HISTOSTAR | HS5029A1607 | 201680010236 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS. | LEICA | TP1020 | 6926 | 201680010236 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN TIPO CRIOSTATO | LEICA | CM1520 | 839 | 201600030277 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 30

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|-------|----------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | MICROSCOPIO OFTALMOLÓGICO QUIRÚRGICO BÁSICO (EN OPERACIÓN) | LEICA | M220 F12 | 241214002 | 201600016874 | HGZ 2 CARDENAS | |

PARTIDA 31

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | REFRACTOR Y QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO | ODO | ODO 005KR | 1801805 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | REFRACTOR Y QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO | TOPCON | KR-8900 | 4372047 | 201580001253 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 32

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--------------------------|------------|--------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO | CARL ZEISS | 840 | 840-15653 | 201780009543 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |



PARTIDA 33

Table with 8 columns: NO., NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NO. DE SERIE, NNI, UBICACIÓN, NO. DE SERVICIOS. Contains 2 rows of equipment data.

PARTIDA 34

Table with 8 columns: NO., NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NO. DE SERIE, NNI, UBICACIÓN, NO. DE SERVICIOS. Contains 1 row of equipment data.

PARTIDA 35

Table with 8 columns: NO., NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NO. DE SERIE, NNI, UBICACIÓN, NO. DE SERVICIOS. Contains 1 row of equipment data.

PARTIDA 36

Table with 8 columns: NO., NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NO. DE SERIE, NNI, UBICACIÓN, NO. DE SERVICIOS. Contains 1 row of equipment data.

PARTIDA 37

Table with 8 columns: NO., NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NO. DE SERIE, NNI, UBICACIÓN, NO. DE SERVICIOS. Contains 1 row of equipment data.

PARTIDA 38

Table with 8 columns: NO., NOMBRE DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, NO. DE SERIE, NNI, UBICACIÓN, NO. DE SERVICIOS. Contains 2 rows of equipment data.



PARTIDA 39

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311907 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07231918 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCED | ECG-12C | 360777-M17401960029 | 202080032048 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311906 | 201980001703 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 5 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311904 | 201980001700 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 6 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311905 | 201980001701 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 7 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311909 | 201980001706 | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 8 | ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | ECG 200S | 08011710 | 201800022627 | UMF21 PARAISO | |
| 9 | ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | EC6200S | 07311901 | 20180001699 | UMF18 TEAPA | |

PARTIDA 40

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|----------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCE | ECG-12C | 460049-M15910430001 | 201580001637 | UMF27 | |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | MALTVICK | MIRELLE | WME-MIR-0212-0176 | 201700026204 | UMF48 | |
| 3 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCED | ECG-12C | 460049-M16B02790039 | 201700022412 | UMF47 | |
| 4 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCED | ECG-12C | 460049-M15905160094 | 201580001664 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | BTL | BTL-08-LT | 073T0B001813 | 201680031176 | UMF 20 FRONTERA | |

PARTIDA 41

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------|----------|---------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06470046 | 202080015659 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06470047 | 202080015660 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06470048 | 202080015661 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06470049 | 202080015662 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06470050 | 202080015663 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |



| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------|----------|---------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 6 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06480001 | 202080015664 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06480002 | 202080015665 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06480003 | 2020800156606 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06480004 | 202080015667 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06480005 | 202080015668 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 11 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034-M19C06480006 | 202080015669 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 12 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015670 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 13 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015671 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 14 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015673 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 15 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015674 | HGZ 2 CÁRDENAS | |
| 16 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015672 | HGZ 2 CÁRDENAS | |

PARTIDA 42

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|----------------------------------|-------------|--------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | SÁBANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE | IOB MEDICAL | I505 | WU201906050EN | 201980006458 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | SÁBANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE | IOB MEDICAL | I505 | WU201906057EN | 201980006457 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 43

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-----------------------------|-------|----------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL | FUJI | FUJIFILM | MQ00012A7070 | 202180002025 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 43

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|---------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4156 | 201980003784 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4155 | 201980003785 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4154 | 201980003786 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4153 | 201980003787 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | Philips | Practix 360 | 2205675 | 201500005586 | HGS 4 TENOSIQUE | |



PARTIDA 44

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. | Philips | Practix 360 | 2205675 | 201500005586 | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 2 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. | Philips | Practix 300 | 03.56.1067 | 200490020089 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 45

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|------------------------|--------------|----------|--------------|-----|------------------------|------------------|
| 1 | RINOLARINGOFIBROSCOPIO | RICHARD WOLF | 7223.001 | 1100564913 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 46

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|--------------|----------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10681 | 20200004718 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10716 | 202000004720 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10677 | 202000004715 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10714 | 202000004716 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10671 | 202000004719 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10683 | 202000004714 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10685 | 20200004721 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10672 | 202000004717 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00545 | 201680015758 | UMF 05 SANTA ROSALIA | |
| 10 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Nihon Kohden | TEC-5631 | 01488 | 201800022628 | UMF 21 PARAISO | |
| 11 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00570 | 201680015760 | UMF 32 LA VENTA | |



| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|--------------|----------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 12 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00596 | 201680015761 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | |
| 13 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00547 | 201680015766 | UMF 22 CUNDUACAN | |

PARTIDA 47

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|---------|----------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644341 | 202080009717 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644314 | 202080009720 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644297 | 202080009718 | CAT | |
| 4 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644323 | 202080009719 | CAT | |
| 7 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Philips | Heartstart MRX | US00601209 | 201880037201 | UMF48 POMOCA | |
| 8 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Philips | HeartStart XL+ | USO11517496 | 201580001356 | UMF 14 20 DE NOVIEMBRE | |

PARTIDA 48

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|---------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011447 SN/11126627-3C | 201200009939 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011452 SN/11126621-3C | 201200009937 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011485 SN/11126625-13 | 201200009938 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 4 | DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | INNOMED | CARDIO AID 360B | 16206262 | 201680011196 | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 51 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | GE | RESPONDER 2000 | 3203608 | 20110006103 | UMF38 | |



PARTIDA 49

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023694119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023634119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100027774119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100052193319 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100027894119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100078413619 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100051474319 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023574119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023894119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100028104119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023674119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | (21)100051164319 | 201980007696 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100050974319 | | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 14 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | EN VISOR C HD | USD0801280 | | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 15 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100027934119 | | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 16 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100023754119 | | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 17 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100023644119 | | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | | 201980007685 | UMF 05 | |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100028114119 | 201980007727 | UMF 08 | |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100050944319 | 201980007728 | UMF 10 | |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100027784119 | 201980007686 | UMF 12 | |
| 22 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100093764719 | 201980007730 | UMF 13 | |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 10023364019 | 202080025279 | UMF 14 | |
| 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 10023364019 | 202080025279 | UMF 21 | |
| 25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 2100050964319 | 201980007732 | UMF 20 | |
| 26 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | CSM75CT-B | 100023914119 | 201980007720 | UMF 48 | |
| 27 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | CSM75CT-B | 100023604119 | 201980007722 | UMF 48 | |
| 28 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | CSM75CT-B | 100023524119 | 201998007721 | UMF 48 | |
| 29 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 2110002782419 | | UMF 21 | |
| 30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100027904119 | 201980007737 | UMF 23 | |
| 31 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100027914119 | 201980007687 | UMF 45 | |
| 32 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100078463619 | 201980007689 | UMF 45 | |
| 33 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | SN(21)100051164319 | 201980007696 | UMF33 | |





| | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------|------|---------|--------------|-------|--|
| | VITALES | ALLYN | | | | | |
| 34 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | | 201980007725 | UMF15 | |
| 35 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 901058 | 201980007690 | UMF18 | |
| 36 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | CORE | 0021167 | 201980007726 | UMF27 | |

PARTIDA 50

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-0816-1644 | 201800021022 | UMF 21 | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-0815-1643 | 201800021035 | UMF 21 | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-0816-1550 | 201700026205 | UMF 48 | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-08-1549 | 201700026206 | UMF 48 | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Waltvick | Zafiro | WMM-0115-0956 | 201600007691 | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Waltvick | Zafiro | WMM-0115-0955 | 201600007690 | HGS 4 TENOSIQUE | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1182 | 201600007705 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1184 | 201600007706 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0732 | 201400003657 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0733 | 201400003658 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0734 | 201400003660 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1183 | 201600007708 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1185 | 201600007704 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1180 | 201600007705 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1181 | 201600007706 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 51

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------|-----------|------------------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880363 | 202080009929 | CAT | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880364 | 202080009930 | CAT | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880365 | 202080009931 | CAT | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL | 360080-M20408880366 | 202080009932 | CAT | |





| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------|----------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | | PLUS | | | | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880367 | 202080009933 | CAT | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880368 | 202080009934 | CAT | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880369 | 202080009935 | CAT | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880370 | 202080009936 | CAT | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880371 | 202080009937 | CAT | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880372 | 202080009938 | CAT | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880158 | 202080004523 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880178 | 202080004524 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880138 | 202080004437 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880156 | 202080004438 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880173 | 202080004439 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880157 | 202080004440 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880140 | 202080004441 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880134 | 202080004442 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880141 | 202080004443 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880142 | 202080004444 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880144 | 202080004445 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 22 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880149 | 202080004446 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880150 | 202080004447 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880177 | 202080004516 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880131 | 202080004517 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 26 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880137 | 202080004518 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 27 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL | 3600080-M20408880176 | 202080004519 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |





| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------|----------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | | PLUS | | | | |
| 28 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880155 | 202080004520 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 29 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880160 | 202080004521 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880175 | 202080004522 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 52

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------|---------|----------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366575 | 202000006074 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366578 | 202000006063 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366581 | 202000006064 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356202 | 202000006065 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356203 | 202000006066 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356204 | 202000006067 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92357825 | 202000006070 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366570 | 202000006071 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366572 | 202000006072 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366574 | 202000006073 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356205 | 202000006068 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356206 | 202000006069 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366583 | 202000006076 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366580 | 202000006075 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4095 | 201880000589 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A5013 | 201880000588 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4727 | 201880000590 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A5130 | 201880000592 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4608 | 201880000593 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92344281 | 202000006061 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92344820 | 202000006062 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356201 | 202000006057 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366576 | 202000006058 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366582 | 202000006059 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366584 | 202000006060 | HGZ 02 CARDENAS | |





PARTIDA 53

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|----------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE | LUTECH | DATALYS 760 | K5200621009F | 202080032047 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE | LUTECH | DATALYS 760 | K5200621007F | 202080032046 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15383 | 201500006117 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15414 | 201500006112 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15084 | 201500006116 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15128 | 201500006115 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15459 | 201500006114 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15400 | 201500006113 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRASLADO | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC12364 | 201500006180 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2017LCM12001 | 201700022423 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2017LCM12002 | 201700022424 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 14 | MONITOR SIGNOS VITALES | PLARRE | BSM-301K | 29836 – Z008 | | HGS 4 TENOSIQUE | |

PARTIDA 53

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|----------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206986 | 201980005831 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206984 | 201980005832 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206966 | 201980005830 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 207029 | 201980005829 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206974 | 201980005833 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749509 | 201700022730 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749206 | 201700022731 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749507 | 201700022732 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212369 | 202080010881 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212348 | 202080010882 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 11 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212349 | 202080010883 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 12 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212347 | 202080010884 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |





| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|-------|------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | | | | | | |
| 13 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212346 | 202080010885 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 14 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224961 | 202080010886 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 15 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224972 | 202080010887 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 16 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224968 | 202080010888 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 17 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224967 | 202080010889 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 18 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212362 | 202080010890 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 19 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075942 | 202080010901 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 20 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075974 | 202080010902 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 21 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075914 | 202080010903 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 22 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075915 | 202080010904 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 23 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075908 | 202080010905 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 24 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075909 | 202080010906 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 25 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075930 | 202080010907 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 26 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075931 | 202080010908 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 27 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075816 | 202080010909 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 28 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075815 | 202080010910 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 30 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | LIFEE | LI-H+ | 2201107CBI288212 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |





| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|--------------|--------|---------------|--------------|------------------------|------------------|
| 31 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | LIFEE | LI-H+ | 2001577CB0803 | 202080010189 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 32 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL- ROM | P8005 | S261AQ9498 | 201700030043 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 33 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL- ROM | P8005 | S262AQ9557 | 201700030047 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 34 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL- ROM | P8005 | S262AQ9537 | 201700030052 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 35 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL- ROM | P8005 | S262AQ9536 | 201700030046 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 36 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL- ROM | P8005 | S262AQ9555 | 201700030051 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 38 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL- ROM | P8005 | S261AQ9499 | 201700030044 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 38 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL- ROM | P8005 | S261AQ9504 | 201700030045 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 39 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL- ROM | P8005 | S261AQ9496 | 201700030049 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 40 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL- ROM | P8005 | S262AQ9547 | 201700030048 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 41 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL- ROM | P8005 | S261AQ9538 | 201700030050 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 54

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-------------|--|-------------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE STIM C- 2777 | T6450 | 201500005959 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE STIM C- 2777 | T6469 | 201500005960 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C- 2776 | T23875- T51604 | 201500005978 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C- 2776 | T23880- T51489 | 201500005979 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C- 2776 | T23875- T51160 | 201500005960 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |



PARTIDA 55

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|----------|--------------------|--------------|-----|------------------------|------------------|
| 1 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES | DAKRON | DF-2828 | 1200629 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 2 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES | DAKRON | DV-2825 | 0101003 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 3 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES | DAKRON | DF-2516H | 0101011 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES | METRON | S/M | S/N | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | TINA DE HUBBARD | FERNOLLE | 825-1 | 210223 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | TINA HORIZONTAL | ARJO | SONATA (180420) | US0794 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 56

| N O. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|------|--|------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SÓLIDO | CARL ZEISS | VISULAS GREEN | 1205667 | 201980001710 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 57

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO | BTL | BTL-08-LT CARDI OPOINT ERGO (E600) | 073-B-01344 | 201500003541 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 58

| N O. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|------|--|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | SORVALL ST 16 CENTRIFUGE | LAB-TECH | THELM O SCIENTIFIC | 42542722 | 201980002684 | UMF 43 VILLAHERMOSA | |
| 2 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS | HERMIE LABORTECHNIK GMBH | Z 206 A | 60165056 | 201600014178 | UMF 43 VILLAHERMOSA | |
| 3 | ESTUFA BACTERIOLOGICA | FELISA LAB-TECH | FE-B20 | 1608022 | 201600015553 | UMF 43 VILLAHERMOSA | |
| 5 | ESTUFA BACTERIOLOGICA | FELISA | 200205 | S/S | 201600015554 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 6 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM | THERMO SCIENTIFIC | MEDIFUGUE 16 | 41999189 | 201680010235 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | CENTRIFUGA HORIZOM | ELITE-THE DRUCKER CO. | 755V-24 | | 1997005446 | HGS 4 TENOSIQUE | |



PARTIDA 59

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|----------|--------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | FIJODENT | SPECTRUM LOB | SPT10284-SPT7681 | 201500004986 | UMF 45 CÁRDENAS | |
| 2 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10018 | 201600016839 | UMF 47 VILLAHERMOSA | |
| 3 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10039 | 201600016840 | UMF 47 VILLAHERMOSA | |
| 4 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10067 | 201600016830 | UMF 18 TEAPA | |
| 6 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10058 | 201600016828 | UMF 39 VILLAHERMOSA | |
| 7 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10059 | 201600016856 | UMF 39 VILLAHERMOSA | |
| 8 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10042 | 201600016844 | UMF 43 VILLAHERMOSA | |
| 9 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10038 | 201600016846 | UMF 44 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 60

| N. O. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-------|--|-------|--------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA, CUBIERTA DESPLAZABLE EQUIPO DIGITAL. | OSKO | XR5 | LSS21709040 | 201700026727 | UMF 48 POMOCA | |

PARTIDA 61

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|--------------|----------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES) | NIHON KOHDEN | MEB-9400 | 1586 | 201680042562 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |

PARTIDA 62

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL | ALOKA | PROSOUND A7 | 20003512 | 201100003557 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |



PARTIDA 63

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 1 | ULTRASONÓGRAFO | ESAOTE | S/M | S/S | 201680010320 | HGZ 02 CARDENAS | |

NOTA: LAS PARTIDAS Y/O CANTIDAD DE EQUIPOS POR PARTIDA SON REFERENCIALES, SE ADJUDICARÁ EN FUNCIÓN AL PRESUPUESTO O MONTO MÁXIMO DICTAMINADO.

III. CANTIDAD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2 (Dos) servicios, a realizarse semestral, conforme a la Rutina de Mantenimiento Preventivo, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Servicio del F...

3

IV. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

4

| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | | | |
|---|----------------------------|-----------|---------------|
| Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco. | | | |
| PARTIDA | 4.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | 4.2 MARCA | 4.3 UBICACIÓN |
| RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Que incluya: 1. Actividades a realizar, 2. kit de mantenimiento y/o componentes a reemplazar, 3. Ajustes, calibraciones y pruebas) | | | |
| 4.5 | | | |
| COMPLEMENTOS DEL MANTENIMIENTO (Incluido dentro del servicio, a realizarse en una sola exhibición, durante la vigencia del contrato) | | | |
| 4.6 | | | |
| KIT DE PRUEBA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluido dentro del servicio, a suministrarse en una exhibición) | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad |

4.4





| |
|---|
| 4.7 |
| EQUIPO DE MEDICIÓN Y/O PRUEBA (Incluir marca, modelo, número de serie, certificado de calibración y fecha) |
| 4.8 |
| RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (Incluir nombre completo y cargo) |
| 4.9 |
| DATOS DE CONTACTO PARA REPORTES O SOLICITUDES DE SERVICIO (Incluir domicilio de la empresa, sucursales y centros de servicio, números telefónicos y correo electrónico) |
| 4.10 |

V. COMPLEMENTOS DEL MANTENIMIENTO Y KIT DE PRUEBA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | | |
|---------|--|---|---|----------|--------|
| | | No. | Descripción | Cantidad | Unidad |
| 1 a 6 | 1. Sustitución de batería de respaldo (para las incubadoras de traslado). | 1 | Sensor de temperatura de piel | 2 | pza |
| | 2. Sustitución de colchón radiotransparente con cubierta lavable e impermeable. | 2 | Lámparas de auscultación | 1 | jgo |
| | 3. Sustitución de barandales completos (en caso de encontrarse dañados) | 3 | Lámparas de fototerapia (para las marcas y modelos que aplique) | 1 | jgo |
| | 4. Sustitución de componentes del capacete (puertas, mangas, acrílicos) en caso de requerirse. | 4 | Sensor de oxígeno (para incubadora Atom) | 1 | jgo |
| | 5. Sustitución de elemento calefactor (en caso de requerirse) | | | | |





| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------|-------------|----------|--------|---|---|---|-----|---|---------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|--------------------------------|---|-----|---|--|---|-----|---|--------------------------------------|---|-----|---|--|---|-----|
| 7 a 9 | <ol style="list-style-type: none"> Desincrustado de resistencias del generador. Reemplazo de junta o empaque para generador. Reemplazo de cableado, terminales y/o componentes eléctricos que se requieran. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Garrafa de agua destilada (para esterilizadores de mesa y dental)</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Empaque para puerta</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Diafragma de puerta</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Empaque de diafragma de puerta</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Banco de resistencias (de acuerdo a la marca y modelo)</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Válvulas de seguridad</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Garrafa de agua destilada (para esterilizadores de mesa y dental) | 1 | pza | 2 | Empaque para puerta | 1 | pza | 3 | Diafragma de puerta | 1 | pza | 4 | Empaque de diafragma de puerta | 1 | pza | 5 | Banco de resistencias (de acuerdo a la marca y modelo) | 1 | jgo | 6 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Garrafa de agua destilada (para esterilizadores de mesa y dental) | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Empaque para puerta | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Diafragma de puerta | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Empaque de diafragma de puerta | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Banco de resistencias (de acuerdo a la marca y modelo) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <ol style="list-style-type: none"> Prueba de seguridad eléctrica. Verificación y/o recarga de software. Tests y Calibración de sensores de flujo y válvulas del sistema de respiración Reemplazo de filtros de fan. Reemplazo del kit de mantenimiento: Juego de Ó rings para puertos de vaporizadores, Free breathing flapper valve (Para Unidades de Anestesia General Electric) Free breathing flapper valve O ring (Para Unidades de Anestesia General Electric), Batería de backup (para memoria de configuraciones). Brazo para ventilación manual con manguera y codo (Para Unidades de Anestesia General Electric) en caso de requerirse Reemplazo de fuelle Reemplazo de válvula APL en caso de requerirse. Calibración de módulos de PANI, Capnografía y Espirometría/gases del monitor de signos vitales | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Baterías de respaldo de energía</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sensores de flujo</td> <td>2</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cables de paciente (ECG de 5 puntas, SpO2, manguera de PANI con brazaletes)</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por cada equipo, en cada servicio de acuerdo al calendario de mantenimiento.</p> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Baterías de respaldo de energía | 1 | jgo | 2 | Sensores de flujo | 2 | pza | 3 | Cables de paciente (ECG de 5 puntas, SpO2, manguera de PANI con brazaletes) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Baterías de respaldo de energía | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sensores de flujo | 2 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cables de paciente (ECG de 5 puntas, SpO2, manguera de PANI con brazaletes) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | No aplica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 a 20 | <ol style="list-style-type: none"> Prueba de seguridad eléctrica. Brazo de soporte del circuito (En caso de requerirse). Verificación de su correcto funcionamiento del humidificador. Sensor de temperatura dual para humidificador (de acuerdo a marca y modelo) Por cada equipo y en cada uno de los servicios que se presenten en el calendario de mantenimiento. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batería de respaldo</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sensor de oxígeno</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sensor de flujo</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Válvula de exhalación</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Diafragma de la válvula de exhalación</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Válvula Inspiratoria (Para Smart NG)</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Circuito de ventilación activo con válvula de exhalación de 22 milímetros (para Philips Trilogy)</td> <td>1</td> <td>pqt</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Batería de respaldo | 1 | pza | 2 | Sensor de oxígeno | 1 | pza | 3 | Sensor de flujo | 1 | pza | 4 | Válvula de exhalación | 1 | pza | 5 | Diafragma de la válvula de exhalación | 1 | pza | 6 | Válvula Inspiratoria (Para Smart NG) | 1 | pza | 7 | Circuito de ventilación activo con válvula de exhalación de 22 milímetros (para Philips Trilogy) | 1 | pqt |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Batería de respaldo | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sensor de oxígeno | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sensor de flujo | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Válvula de exhalación | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Diafragma de la válvula de exhalación | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Válvula Inspiratoria (Para Smart NG) | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Circuito de ventilación activo con válvula de exhalación de 22 milímetros (para Philips Trilogy) | 1 | pqt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------|-------------|----------|--------|---|---|---|-------|---|-----------------------------------|---|-----|---|---|---|------|---|--------------------------------------|----|-----|
| 21 a 25 | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el estado de los cilindros hidráulicos. Sustituir en caso de requerirse. 2. Cambio de la cubierta de la columna y/o fuelle flexible en caso de requerirse 3. Verificar el estado del panel de control y control alámbrico. Sustituir en caso de requerirse. 5. Pruebas de seguridad eléctrica. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Control remoto de posiciones de mesas quirúrgicas</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Por equipo en caso de requerirse.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Control remoto de posiciones de mesas quirúrgicas | 1 | pza | | Por equipo en caso de requerirse. | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Control remoto de posiciones de mesas quirúrgicas | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Por equipo en caso de requerirse. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 a 27 | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 a 30 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Limpieza de trampas de vapor 2. Limpieza de filtros 3. Restablecer ciclos y horas de servicio. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Empaque para puertas</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Válvulas de seguridad</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Válvulas solenoides (en caso de requerirse)</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Papel térmico (paquete de 20 piezas)</td> <td>10</td> <td>pqt</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Empaque para puertas | 1 | jgo | 2 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | 3 | Válvulas solenoides (en caso de requerirse) | 1 | jgo | 4 | Papel térmico (paquete de 20 piezas) | 10 | pqt |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Empaque para puertas | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Válvulas solenoides (en caso de requerirse) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Papel térmico (paquete de 20 piezas) | 10 | pqt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 a 31 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pruebas de seguridad eléctrica y de RF. 2. Calibración de potencia de corte y coagulación. 3. Verificación del funcionamiento del pedal de corte y coagulación. Sustituir en caso de ser requerido. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cable para placa de retorno</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Placa de retorno reusable</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pedales de corte y coagulación.</td> <td>1</td> <td>Pza.</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Cable para placa de retorno | 1 | pza | 2 | Placa de retorno reusable | 1 | pza | 3 | Pedales de corte y coagulación. | 1 | Pza. | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cable para placa de retorno | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Placa de retorno reusable | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pedales de corte y coagulación. | 1 | Pza. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión del nivel de aceite. Rellenar en caso de ser requerido. 2. Verificar el estado de los cilindros hidráulicos. Sustituir en caso de requerirse. 3. Cambio de la cubierta de la columna y/o fuelle flexible en caso de requerirse 4. Verificar el estado del panel de control y control alámbrico. Sustituir en caso de requerirse. 5. Pruebas de seguridad eléctrica. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batería de respaldo</td> <td>1</td> <td>juego</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Batería de respaldo | 1 | juego | | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Batería de respaldo | 1 | juego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suministro de objetivos en caso de requerirse. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Foco para fuente de luz (de acuerdo a marca y modelo)</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Foco para fuente de luz (de acuerdo a marca y modelo) | 1 | pza | | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Foco para fuente de luz (de acuerdo a marca y modelo) | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 a 41 | No aplica | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | | |
|---------|--|---|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 42 a 43 | 1. Pruebas de seguridad eléctrica y de RF. 2. Calibración de potencia de corte y coagulación. 3. Verificación del funcionamiento del pedal de corte y coagulación. Sustituir en caso de ser requerido. | No. | Descripción | Cantidad | Unidad |
| | | 1 | Cable para placa de retorno | 1 | pza |
| | | 2 | Placa de retorno reusable | 1 | pza |
| 44 y 63 | No aplica | No aplica | | | |

Instructivo de llenado del Anexo Número 1 (Uno)

| Número | Concepto | Instrucción a seguir |
|--------|--|--|
| 1 | Descripción del servicio | El licitante deberá colocar la descripción del servicio solicitado. |
| 2 | Descripción de los equipos a los que se les otorgará el servicio | El licitante deberá colocar la información únicamente las partidas para las cuales oferta el servicio. |
| 3 | Cantidad de servicios de mantenimiento preventivo | El licitante deberá considerar la cantidad de servicios a realizar, conforme a las indicaciones del fabricante, de acuerdo a la partida(s) para la(s) cual(es) oferta el servicio. |
| 4 | Rutina de mantenimiento preventivo | El licitante deberá describir de forma amplia y detallada la rutina de mantenimiento preventivo, que conste en el manual del fabricante para cada partida para la cual oferte sus servicios. |
| 4.1 | Partida | Número de partida para la que oferte el servicio. |
| 4.2 | Descripción del equipo | Descripción del equipo para el que oferte el servicio. |
| 4.3 | Marca | Marca del equipo para el que oferte el servicio |
| 4.4 | Modelo | Modelo del equipo para el que oferte el servicio. |
| 4.5 | Rutina de mantenimiento preventivo | El licitante deberá describir la rutina de mantenimiento (que conste con el manual del fabricante, para lo cual deberá referenciar los puntos que integran la misma). Dicha rutina deberá incluir al menos: 1. Actividades a realizar, 2. Kit de mantenimiento y/o componentes a reemplazar, 3. Ajustes, calibraciones y pruebas |
| 4.6 | Complementos del mantenimiento | El licitante deberá incluir en el formato, los complementos del mantenimiento enlistados en el numeral V. Del Anexo Número 1 (Uno), que corresponda a la partida ofertada. |





| | | |
|------|---|---|
| 4.7 | Kit de prueba y correcto funcionamiento | El licitante deberá incluir en el formato, el kit de prueba y correcto funcionamiento enlistado en el numeral V. Del Anexo Número 1 (Uno), que corresponda a la partida ofertada. |
| 4.8 | Equipo de medición y/o prueba | El licitante deberá enlistar el equipo de medición y/o prueba a utilizar durante el mantenimiento. Deberá incluir marca, modelo, número de serie, certificado de calibración y fecha. |
| 4.9 | Responsable de la ejecución del servicio. | El licitante deberá enlistar el (los) responsable(s) de la ejecución de los servicios, quienes serán a los que se les autorizará el acceso a las instalaciones y validarán los trabajos realizados. |
| 4.10 | Datos de contacto para reportes o solicitudes de servicio | El licitante deberá colocar los datos de contacto para efectos de la prestación del servicio, reportes o solicitudes por parte del Instituto. |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Número de Registro PREI
CCON242825080018

ANEXO 01 A (UNO A) CALENDARIO DE SERVICIOS Y DOMICILIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS



ANEXO NUMERO 1A (UNO A)

CALENDARIO DE SERVICIOS Y DOMICILIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS

CALENDARIO DE SERVICIOS

| PARTIDA | PRIMER SERVICIO | SEGUNDO SERVICIO |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Todas las partidas | 01 al 31 de enero 2024 | 01 al 30 de Junio 2024 |

DOMICILIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS

| ZONA | UNIDAD MEDICA | DOMICILIO | NOMBRE Y TELEFONO DE JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD |
|------|---------------------------------|---|--|
| 1 | Hospital General de Zona No. 46 | Av. Universidad S/N, Col. Casa Blanca C.P. 86060, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez Tel. 9932171585 |
| 2 | Hospital General de Zona No. 2 | Av. Francisco Trujillo Gurría S/N Esq. Carretera Circuito Del Golfo, Col. Pueblo Nuevo. C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco. Ing. Gabriel Jesús Jiménez Lázaro Tel. 9371054543 | Ing. Gabriel Jesús Jiménez Lázaro Tel. 9371054543 |
| 3 | UMF 03 Tacotalpa | Sebastian Lerdo De Tejada S/N, C.P. 86870, Tacotalpa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 4 | UMF 05 Santa Rosalia | Carretera La Chontalpa S/N, C.P. 86470, Ingenio Santa Rosalía, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 5 | UMF 07 Plutarco E. Calles | Calle 4 S/N Poblado C-14 , Plutarco Elias Calles C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 6 | UMF 08 E. Zapata | Poblado C-16 Emiliano Zapata Entre Calle 9 Y 4 Frente A La Esc. Primaria , C.P. 86630, Cárdenas, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |





| ZONA | UNIDAD MEDICA | DOMICILIO | NOMBRE Y TELEFONO DE JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD |
|------|------------------------------|--|--|
| 7 | UMF 09 Benito Juarez | Ingenio Benito Juárez Poblado C-27, Centro, C.P. 86480, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 8 | UMF 10 Vicente Guerrero | Poblado C-29, Vicente Guerrero C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 9 | UMF 11 Comalcalco | Puerto Ceibas 388 Carretera Federal A Paraíso, Col. Centro C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 10 | UMF 12 Pedro C. Colorado | Poblado C-26, Pedro C. Colorado C.P. 86421, C.P. 86421, Huimanguillo, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 11 | UMF 13 Francisco Villa | Poblado C-31, Francisco Villa C.P. 86500, Huimanguillo, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 12 | UMF 14 20 De Noviembre | Dom. Conocido, C.P. 86500, Poblado C-33 20 De Noviembre, Huimanguillo, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 13 | UMF 21 Paraíso | Carretera Paraíso-Comalcalco Km 1, C.P. 86600, Paraíso, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 14 | UMF 23 Huimanguillo | Prolong. Hidalgo S/N Y Arroyo Del Chiflón, Centro C.P. 86400, C.P. 86400, Huimanguillo, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 15 | UMF 45 Cárdenas | Leandro Adriano Esq. Sánchez Magallanes 201, C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 16 | UMF 25 Sánchez Magallanes | Benito Juárez 249, Col. Centro C.P. 86460, Sánchez Magallanes, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 17 | UMF 41 Benito Juarez | Poblado C-21 Benito Juárez Entre Calle 3 Y 4, C.P. 86480, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 18 | UMF 32 La Venta | Vicente Guerrero S/N, Col. Rovirosa C.P. 86410, La Venta, Huimanguillo, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 19 | UMF 43 Villahermosa | Av. César A. Sandino 102, Col. Primero De Mayo C.P. 86190, | Ing. José Dalaias Rosique Marín Tel. 9932092334 |



| ZONA | UNIDAD MEDICA | DOMICILIO | NOMBRE Y TELEFONO DE JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD |
|------|---------------------------|--|---|
| | | Villahermosa, Tabasco. | |
| 20 | UMF 22 Cunduacán | Sánchez Mármol 45 Esq. Zaragoza , Col. Centro C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 21 | UMF 26 Jalpa De Méndez | Constitución 84, Col. Centro C.P. 86200, Jalpa de Mendez, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 22 | UMF 15 Cd. Pemex | Lázaro Cárdenas 119, Col. Centro C.P. 86720, Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 23 | UMF 39 Villahermosa | Prolong. I. Zaragoza Esquina Carmen Cadena De Buendía 102, Col. Nueva Villahermosa C.P. 86070, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 24 | UMF 44 Villahermosa | Av. 16 Septiembre S/N Y Andrés García, Col. Primero De Mayo C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 25 | UMF 18 Teapa | Bld. Francisco Trujillo Esquina Felix Palavicini, Col. Centro C.P. 86800, Teapa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 26 | UMF 20 Frontera | José Ma. Pino Suárez Y Mariano Escobedo S/N, Col. Centro C.P. 86750, Frontera, Centla, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 27 | UMF 27 Macuspana | Bld. Rovirosa S/N , Col. Centro C.P. 86700, Macuspana, Tabasco, | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 28 | UMF 38 Villahermosa | Calle Paraíso S/N Boulevard Del Centro, Fracc. Electricistas C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 29 | UMF 48 Pomoca | Lote área verde 15, Av. Paseo del Jaguar, Sector 2, Zona 7, Fracc. Pomoca, R/A Saloya 2ª Sección, C.P. 86247, Nacajuca, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 30 | HGSZ MF 4 Tenosique | Calle 20 S/N , Centro C.P. 86900, Tenosique, Tabasco | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |
| 31 | UMF 30 Jonuta | Agrarista Y Manuel Evia S/N, Col. Centro C.P. 86780, Jonuta, Tabasco. | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |
| 32 | UMF 33 Emiliano Zapata | Prolong. Camino Ganadero S/N, Col. El Otoño C.P. 86980, Emiliano | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS**

| ZONA | UNIDAD MEDICA | DOMICILIO | NOMBRE Y TELEFONO DE JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD |
|------|------------------------|--|---|
| | | Zapara, Tabasco, | |
| 33 | UMF 36 Balancán | Periférico Y Benito Juárez S/N, Col. Las Flores C.P. 86930, Balancán, Tabasco. | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |
| 34 | UMF 47 Villahermosa | Arco Poniente Del Periférico S/N, Col. Casa Blanca 86060, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Iván de Jesús Ábalos Gómez Tel. 9371474467 |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS**

**Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00**

**Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024**

**Número de Registro PREI
CCON242825080018**

ANEXO 01 B (UNO B) ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS**

ANEXO NUMERO 1B (UNO B)

ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO

| MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA | | Orden y Entrega de Servicio | | Delegación Estatal Tabasco Jefatura de Servicios Administrativos Departamento de Conservación y Servicios Generales Oficina de Conservación Delegacional Jefatura de Conservación de Unidad | | | | IMSS | |
|--|--------------------------|---|---|---|------------------------|--------------------------|----------------|------|--|
| Identificación de la Unidad | | Identificación del Equipo, Sistema o Instalación | | | | Número de Orden: | | | |
| Delegación: 28 | | Nombre: | | | | Origen: | | | |
| Unidad: | | ID: | | | | Fecha de Emisión: | | | |
| Clave de la Unidad: | | Ubicación Física: | | | | Elaboró: | | | |
| JCU: | | | | | | | | | |
| Técnico o Empresa | | Condiciones en que se encontró | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Partida | Especialidad | Subespecialidad | Tiempo de Ejecución | | | | | | |
| | | | Hora Inicio | | Hora Término | | Tiempo Real | | |
| Descripción Completa del Servicio | | | Materiales y Refacciones Empleados | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Condición final de funcionamiento | | | | | Recomendaciones | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Entrega del Servicio | Nombre: | | Recibe de Conformidad | Nombre: | | Fecha Entrega | | | |
| | No. Matrícula o Contrato | | | No. Matrícula: | | | | | |
| | Firma: | | | Firma: | | | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Número de Registro PREI
CCON242825080018

ANEXO 01 C (UNO C) BITÁCORA DE SERVICIO



ANEXO NUMERO 1 C (UNO C)
BITÁCORA DE SERVICIO

Formulario Bitácora de Servicio Equipo y Mobiliario. Includes fields for identification of unit and equipment, and a table for recording service events with columns for number, date, notes, and responsible person.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Número de Registro PREI
CCON242825080018

ANEXO 02 (DOS) ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO.

ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL TABASCO, EJERCICIO 2024

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: "EL Instituto" a través del Departamento de Conservación y Servicios Generales contempla dentro del Programa Anual de Operación el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL TABASCO**, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos en las Unidades Médicas, Administrativas y brindar atención médica con calidad y seguridad para los derechohabientes de la OOADET.

JUSTIFICACION TECNICA:

a) ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, estrategia de mantenimiento incluye procedimientos de inspección, también de mantenimiento preventivo y correctivo. Las inspecciones de funcionamiento aseguran que el equipo funciona correctamente; las inspecciones de seguridad, que el equipo es seguro tanto para los pacientes como para quienes los manejan, y el mantenimiento preventivo (MP) se realiza con el fin de prolongar la vida útil de los equipos y reducir la frecuencia de desperfectos. Debido a la ejecución de los servicios y proyectos establecidos en beneficio de los Derechohabientes, para la ejecución de las actividades, es necesaria la contratación de estos servicios.

Para la solicitud de contratación de estos equipos médicos del Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, se llevo a cabo por solicitud del área usuaria, consta en minutas de trabajo.

Con lo anterior y en apego al Programa Anual de Arrendamiento y Adquisición (PAAAS), donde se tiene el registro del Servicio, se busca disponer de estas actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos de atención en unidades médicas y hospital de segundo nivel esto para estar en lo establecido de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2018, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. y brindar atención médica con calidad y seguridad para los derechohabientes de OOADE Tabasco.

- Contar con una empresa especializada para el mantenimiento a equipos médicos para las unidades de esta OOADET distribuidas en diferentes unidades y municipios.
- Tener en óptimas condiciones los equipos médicos, para brindar una atención de primer nivel a nuestros derechohabientes.
- Contar con equipos de soporte de vida funcionando en un 100%.
- El mantenimiento prolonga la vida útil de los equipos.

b) ALCANCE

Los servicios de mantenimiento correctivo se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.

1. El plazo para la atención del reporte de servicio será de 1 día hábil a partir de la fecha de emisión del mismo, plazo en el que el proveedor deberá acudir a la Unidad Médica para realizar el mantenimiento correctivo solicitado.
2. El proveedor deberá presentarse con el jefe de Conservación de Unidad. Deberá registrar la asistencia de cada uno de sus empleados en la Bitácora de Visitas de cada inmueble.
3. El personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio en las áreas de la unidad médica.
4. El proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo a entera satisfacción del Instituto en un plazo no mayor a 3 días hábiles, contando a partir de la fecha de la autorización del servicio.
5. Todo servicio de mantenimiento correctivo dentro de las instalaciones de la Unidad Médica, el proveedor deberá llevar las refacciones, accesorios y/o consumibles y equipos de prueba necesarios para la realización del servicio.
6. El proveedor deberá entregar al jefe de Conservación de Unidad, todas aquellas refacciones que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio.
7. Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del mantenimiento correctivo, el proveedor deberá requisitar la siguiente documentación:
 - Orden de servicio de la empresa.
 - Orden y entrega de servicio institucional.
 - Bitácora de servicio institucional.
 - Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 2 fotografía en cada etapa del mismo: antes, durante y después.

Dicha documentación deberá ser validada y firmada por el jefe de Conservación de Unidad, Subjefe de Conservación.

c) UBICACIÓN

Las áreas a ser intervenidas dentro del contrato de servicio de mantenimiento de equipos medicos están distribuidas de acuerdo al siguiente detalle:


| RENLÓN | DESCRIPCIÓN | DIRECCIÓN |
|--------|-------------|---|
| JCU 01 | HGZ46 | Av. Universidad s/n, Col. Casa Blanca C.P. 86060, Villahermosa, Tabasco |
| JCU 02 | HGZ2 | Leandro Adriano Esq. Sánchez Magallanes No. 201, C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco |
| JCU 03 | UMF No. 07 | Calle entre 4 y 5 poblado c-14 Plutarco Elías calles municipio de h. Cárdenas, estado de tabasco. |
| | UMF No.11 | Boulevard Adolfo López Mateos, Belén, C.P. 86323 Comalcalco, Tabasco. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN | DIRECCIÓN |
|--------|-------------------------|---|
| | UMF No.12 | Calle Cuatro Y Cinco No. S/N, Pueblo Pedro C. Colorado C.P 86403, C26 (General Pedro C. Colorado), Municipio De Huimanguillo, Estado De Tabasco |
| | UMF No.13 | Calle Cuatro Y Cinco No. S/N, Pueblo Francisco Villa C.P 86400, C32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría, Municipio De Huimanguillo, Estado De Tabasco |
| | UMF No.14 | Poblado C-33 Calle Entre 4 Y 5 De H. Cárdenas, Estado De Tabasco |
| | UMF No. 25 | Av. Benito Juárez, Villa y Puerto Coronel Andrés Sánchez Magallanes C.P. 86460 |
| | UMF No. 45 | Andrés Sánchez Magallanes 462, Pueblo Nuevo, C.P. 86560 Heroica Cárdenas, Tabasco |
| | SUB-DELEGACION | Andrés Sánchez Magallanes 206, Centro, 86500 Heroica Cárdenas, Tabasco. |
| JCU 04 | OFICINAS DELEGACIONALES | Av. Cesar A Sandino 102, Centro, C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco. |
| | UMF 43 | Av. Cesar A Sandino 102, Centro, C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco |
| | C.S.S. | Calle Gil y Sáenz, Centro Delegación Seis, 86000 Villahermosa, Tabasco. |
| | SUBDELEGACION | Av. Paseo Usumacinta, Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco., México |
| | GUARDERIA | S/N, Calle Ceiba, Primero de Mayo, C.P.86190 Villahermosa, Tabasco. |
| | CEBIS SUR | Gaviotas Sur. |
| | ASTAPA, JALAPA | Carretera a Jalapa |
| JCU 05 | UMF-03 | Sebastián Lerdo de tejada s/n C.P. 86870 Tacotalpa Tabasco |
| | UMF-18 | Boulevard Francisco Trujillo García No. S/N, Colonia Teapa Centro C.P 86800, Teapa, Municipio De Teapa, Tabasco. |
| | UMF-20 | Calle José María Pino Suárez No. S/N, Colonia Centro C.P 86750, Frontera, Municipio De Centla, Tabasco. |
| | UMF-22. | Calle Manuel Sánchez Mármol No. 45, Colonia Centro C.P 86690, Cunduacán, Municipio De Cunduacán, Tabasco. |
| | UMF-26 | Calle Constitución No. 84, Colonia Centro C.P 86200, Jalpa De Méndez, Municipio De Jalpa De Méndez, Tabasco. |
| | UMF-27 | Boulevard José Narciso Roviroso No. S/N, Colonia Centro C.P 86706, Macuspana, Municipio De Macuspana, Tabasco. |

| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO. |
|---|--|--|

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN | DIRECCIÓN |
|--------|-----------------------|--|
| | UMF-38 | Calle Paraíso s/n boulevard del Centro Colonia electricistas C.P. 86030 Villahermosa |
| | UMF-44 | Av. 16 de septiembre 132, Primero de Mayo, C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco |
| | UMF-48 | Av. Domingo Ordóñez Madrazo C.P. 86247, Fraccionamiento Pomoca, Lomitas, Tabasco. |
| | CEBIS CENTLA, TABASCO | Carretera Santa Cruz - Paraíso |
| JCU 07 | UMF No. 47 | Arco poniente del periférico colonia: Casa Blanca Villahermosa |

d) TÉRMINOS DE REFERENCIA

Metodología:

- El contratado utilizará el personal biomédico para las funciones de mantenimiento de los equipos médicos de atención médica de consulta especializada y soporte de vida.
- Se debe realizar el mantenimiento de los equipos médicos, evitando fallas técnicas en la atención de los pacientes.
- El contratista está en la obligación de disponer del personal necesario para cubrir con la demanda inmediata de mantenimiento.
- En caso de ser necesario el jefe de Conservación de Unidad, dispondrá al contratista ejecutar las actividades en forma inmediata y paralela en los diferentes frentes de trabajo con la finalidad de dar un mejor y oportuno servicio de mantenimiento

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN

A partir del 01 de enero de 2024, con fecha de término 31 de diciembre de 2024.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO.**

I. **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa
 Desconcentrada Estatal Tabasco.

II. **EQUIPOS A LOS QUE SE LES OTORGARÁ EL SERVICIO:**

2

1

PARTIDA 1

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|----------|----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28940 | 201500006106 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28937 | 201500006111 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28938 | 201500006109 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28941 | 201500006108 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28939 | 201500006107 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28942 | 201500006110 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | AP17-086 | 201880000595 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | AP17-087 | 201880000596 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | AP17-085 | 201880000594 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | AP17-089 | 201880000597 | HGZ 2 Cárdenas | | | |
| 11 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | AP17-088 | 201880000598 | HGZ 2 Cárdenas | | | |

PARTIDA 2

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|-----------------|------------------|---------|
|-----|-------------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|-----------------|------------------|---------|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|--------------|---------------------|--|--|
| 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2010C0380 | 201100013759 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 2 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2010C0385 | 201100013757 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 3 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2010C0383 | 201100013758 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 4 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2010C0376 | 201100013752 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 5 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2010C0379 | 201100013754 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 6 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2013BC0011 | 201300016727 | HGZ 2 CÁRDENAS | | |

PARTIDA 3

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|--------|-----------|--------------|-----|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE SIN FOTOTERAPIA | OHMEDA | OHIO 3300 | HCCJ11066 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 4

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO | ATOM | AIR INCU I | 2760229 | 201700030077 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO | ATOM | AIR INCU I | 2760230 | 201700030078 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 5

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | INCUBADORA DE TRASLADO | SAPS | ISOTHERM SCALE | VE12-120 | 201500006172 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 6

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|----------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | INCUBADORA DE TRASLADO | ANVE | ROMIT | ITR-005 | 201700027072 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | INCUBADORA DE TRASLADO | ADVANCED | A-3158 | CF-5523 | 201200012069 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 3 | INCUBADORA DE TRASLADO | ADVANCED | A-3158 | CF-5520 | 201200012070 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 4 | INCUBADORA DE TRASLADO | MEDIX | TR-306 | SIN | 200500013301 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 5 | INCUBADORA DE TRASLADO | ANVE | ROMIT | ITR-008-18 | 201800021283 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 6 | INCUBADORA PEDIÁTRICA NEONATAL DE TRANSPORTE | FINESA | Maternal Movil Care | SIN | 199034935 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 7 (checar)

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-----------|----------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO GRANDE (CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR) | TUTTNAUER | 69150 | 16070152 | 201700022737 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082217 | 201600022612 | UMF 03 TACOTALPA | | | |
| 3 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082206 | 201600022623 | UMF 05 SANTA ROSALIA | | | |
| 4 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082215 | 201600022608 | UMF 11 COMALCALCO | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.**

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-----------|----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 5 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuftnauer | 2540 EVB | 16082211 | 201600022627 | UMF 14 20 DE NOVIEMBRE | | | |
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuftnauer | 2540 EVB | 16082212 | 201600022625 | UMF 15 CD. PEMEX | | | |
| 7 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuftnauer | 2540 EVB | 16082202 | 201600022588 | UMF 18 TEAPA | | | |
| 8 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuftnauer | 2540 EVB | 16082214 | 201600022580 | UMF 18 TEAPA | | | |
| 9 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuftnauer | 2540 EVB | 16082204 | 201600022615 | UMF 21 PARAISO | | | |
| 10 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuftnauer | 2540 EVB | 16082203 | 201600022577 | UMF 23 HUIWANGUILLO | | | |
| 11 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuftnauer | 2540 EVB | 16082205 | 201600022618 | UMF 26 JALPA DE MENDEZ | | | |
| 12 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuftnauer | 2540 EVB | 16082209 | 201600022592 | UMF 30 JONUTA | | | |
| 13 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuftnauer | 2540 EVB | 16082207 | 201600022624 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | | | |
| 14 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuftnauer | 2540 EVB | 16082208 | 201600022621 | UMF 36 BALANCAN | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-----------|----------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|---------|
| 15 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082200 | 201600022576 | UMF 39 VILLAHERMOSA | | | |
| 16 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082218 | 201600022591 | UMF 39 VILLAHERMOSA | | | |
| 17 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082210 | 201600022584 | UMF 41 BENITO JUAREZ | | | |
| 18 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082216 | 201600022575 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | | |
| 19 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082213 | 201600022587 | UMF 44 VILLAHERMOSA | | | |
| 20 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082201 | 201600022579 | UMF 47 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 8

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|----------|---------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | STEEELCO | PL130/1 | 19A0310LS039 | 202180003132 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (CON 2 PUERTAS, ANTERIOR Y POSTERIOR) | STEEELCO | VS3/2 | 12931 | 202180003133 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|---------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 3 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (CON 2 PUERTAS, ANTERIOR Y POSTERIOR) | STEELCO | VS3/2 | 13078 | 202180003134 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 13185 | 202180003002 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 5 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 13186 | 202180003003 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 11239 | 201700027073 | UMF 48 POMOCA | | | |

PARTIDA 9

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|----------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | TEMAZCALLI SIGLO XXI | TG-3 | 1372-A | 200900012894 | UMF 47 | | | |
| 7 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | M11 | | 201900011464 | UMF20 | | | |
| 9 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | LORMA | AV07 | 32331 | S/N | UMF 27 | | | |
| 12 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | M11 | V1950614 | 201700026733 | UMF 48 POMOCA | | | |
| 13 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | M11-020 | V1909113 | 201800020743 | UMF 21 | | | |
| 1 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | FEHLMEX | MAYA M-20 | MB-17904 | 202180003248 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 10

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00963 | 201080047023 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00962 | 201080047025 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO B40) | GENERAL ELECTRIC | CARESTATION620 /B40 | SM619440017MA / SMB19430069HA | 202080011423 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO CARESCAPE B650) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE 7900 CARESCAPE MONITOR B650 | ANCU0096 SK4154511553HA | 201580001586 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00884 | 201080046987 | HGZ 2 CARDENAS | | | |
| 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00998 | 201080046988 | HGZ 2 CARDENAS | | | |
| 7 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00994 | 201080046989 | HGZ 2 CARDENAS | | | |
| 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO TERAMAX 1000) | TEKNODOL | BÁSICA | MA-02-1018 | 201600004867 | HGZ 2 CARDENAS | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 11

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|----------|-----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART LST | 801631 | 200900002019 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART LST | 801630 | 200900002018 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 12

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247551081A1U | 20190009117 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247751081A1U | 20190009118 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247701081A1U | 20190009119 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 13

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|----------|----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM741 | 201500006125 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM743 | 201500006124 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM745 | 201500006123 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM742 | 201500006126 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM746 | 201500006127 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM744 | 201500006128 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 14

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 640 | 202080005981 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 535 | 202080005979 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 578 | 202080005982 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 583 | 202080005983 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 566 | 202080009287 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 584 | 202080005984 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 649 | 202080005999 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 627 | 202080005998 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 565 | 202080009286 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 510 | 202080005996 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 479 | 202080005992 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 477 | 202080005993 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 13 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 455 | 202080005995 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 14 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 449 | 202080005991 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 15 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 446 | 202080005990 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 16 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 445 | 202080005989 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 17 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 443 | 202080005988 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 18 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 406 | 202080005997 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 19 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 288 | 202080005986 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 20 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 287 | 202080005985 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 21 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020MST 491 | 202080005994 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 22 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020MST 444 | 202080005987 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 23 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 447 | 202080005980 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 15

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|---------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | HEINEN & LOWENSTEIN | LEONI PLUS | 0217004HUL 44501230 | 201500006136 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | HEINEN & LOWENSTEIN | LEONI PLUS | 0217004HUL 44501235 | 201500006137 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 16

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV0908938 | 200980004424 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV0908939 | 200980004425 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |

PARTIDA 17

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO | EVENT MEDICAL | INSPIRATION 71 | 20157140008 | 201500006177 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 18

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-------|-------------------|--------------|-----|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62736 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62586 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62734 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62655 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | VENTILADOR NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62797 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 19

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS RESPIRONICS | TRILOGY 202 | TV017122068F | 201700026235 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILOGY EVO | H285620354238 | 202080009795 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILOGY EVO | H28562077064A | 202080009796 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILOGY EVO | H28562077233B | 202080009797 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 20

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|--------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | Ventilador de traslado pediátrico adulto | Drager | Oxylog 3000 | ASLK-0040 | 201800021629 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 21

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIRE CAREFUSION | AVEA | BKV01271 | 201980002972 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIRE CAREFUSION | AVEA | BKV01279 | 201980002973 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIRE CAREFUSION | AVEA | BKV01276 | 201980002974 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIRE CAREFUSION | AVEA | BKV01273 | 201980002975 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIRE CAREFUSION | AVEA | BKV01275 | 201980002976 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 22

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLS MARTIN | MARLED E91-E91 | ME9IB331715C3109 ME9IB331715C3108 | 201580001349 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 23

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--------------------------------|-------|-----------|------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLYO | M310/M310 | KLED17K152 / MCH3E17L199,200 | 201880000616 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLYO | M310/M310 | KLED17K149 / MCH3E171197,98 | 201880000615 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | KLYO | M310/M310 | KLED17K119 | S/N | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 24

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419410411 | 201980009112 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419414415 | 201980009113 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419418419 | 201980009109 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419417416 | 201980009110 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419413412 | 201980009111 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | | 2016800252 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID-30087-038-048-30102019 | 201980009106 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID-30087-039-048-30102019 | 201980009107 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 7 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | Dewilux dl160/160 led vario + ups | ID-30087-040-048-30102019 | 201980009108 | Dewilux dl160/160 led vario + ups | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 25

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|--------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA CIRUGIA GENERAL) | MEDIFA | 601700 | 21894 | 201780007540 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA CIRUGIA GENERAL) | MEDIFA | 601700 | 21895 | 201780007541 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA) | MEDIFA | 601700 | 23473 | 201980000399 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIURGIA) | MEDIFA | 601700 | 23477 | 201980007738 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|--------|----------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 5 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23476 | 201980007739 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23478 | 201980007740 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160-G | 08-845 | 200800026200 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160 | 08-843 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160 | 08-844 | 200800026206 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23448 | 201980000401 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 11 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA). | MEDIFA | 601700 | 23472 | 201980000400 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 12 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA | BAME | 2200 SBR | 2A253-02-0003 | 201500004110 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 13 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA | Amsco | 1080 | S/N | 1999027126 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 26

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-------|----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180218057 | 201800020146 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180220499 | 201800020148 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180218055 | 201800020145 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180220495 | 201800020147 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 200 | 3650225649 | 201880036893 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238899 | 201980007898 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238898 | 201980007897 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238896 | 201980007899 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238897 | 201980007900 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| GENERAL | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|----------------|------------|--------------|------------------|---------|----------------------|--|
| 10 | UNIDAD DE ELECTROCIROGIA | LED | SURTRON 400 HP | 5180187369 | 201680012142 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 11 | UNIDAD DE ELECTROCIROGIA | LED | SURTRON 400 HP | 5180187370 | 201680012143 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 12 | Unidad de electrocirugía de uso general | LED | Surtron 400 HP | 5180238895 | 201980007901 | HGSZ 4 TENOSIQUE | INCLUIR | CONFIRMAR CON ZURITA | |

PARTIDA 27

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|--------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD DE ELECTROCIROGIA | SORING | MBC-601 | 912364 | 201500000003 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | UNIDAD DE ELECTROCIROGIA | SORING | MBC-601 | 912316 | 201500000004 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD DE ELECTROCIROGIA | SORING | MBC-601 | 912286 | 201500000005 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | UNIDAD DE ELECTROCIROGIA | SORING | MBC-601 | 912322 | 201500000006 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | UNIDAD DE ELECTROCIROGIA | ALSA | Excell 250 MCDS | 443-06/07 | 200800026235 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 6 | Unidad de electrocirugía de uso general | Alsa | Excell 250 MCDS | 3085-07/17 | 202100035321 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 7 | Unidad de electrocirugía de uso general | Alsa | Excell 250 MCDS | 3087-07/18 | 202100035322 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |

PARTIDA 28

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MEDILUX 12 | 101061 | 201180002022 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MEDILUX 12 | 101071 | 201180002024 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150427 | 201580001254 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|--------------|---------|--------------|------------------------|--|--|--|
| 4 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150428 | 201580001255 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160757 | 201680015303 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160756 | 201680015304 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160755 | 201680015305 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150427 | 201580001254 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150428 | 201580001255 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160760 | 201680013308 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160759 | 201680015306 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | Hund/Heimut | Medicus Plus | 1029761 | 201700021221 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 13 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | Hund/Heimut | Medicus Plus | 1030448 | 201700021222 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 29

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA (AUTOMÁTICO) | LEICA | RM2245 | 11308 | 201600030289 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA (AUTOMÁTICO) | LEICA | RM2245 | 11306 | 201600030288 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA | THERMO SCIENTIFIC | HISTOSTAR | HS5029A1607 | 201680010236 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS. | LEICA | TP1020 | 6926 | 201680010236 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN TIPO | LEICA | CM1520 | 839 | 201600030277 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|-----------------|------------------|---------|
| | CRIOSTATO | | | | | | | | |

PARTIDA 30

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MICROSCOPIO OFTALMOLÓGICO QUIRÚRGICO BÁSICO (EN OPERACIÓN) | LEICA | M220 F12 | 241214002 | 201600016874 | HGZ 2 CARDENAS | | | |

PARTIDA 31

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | REFRACTOR Y QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO | ODO | ODO 005KR | 1801805 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | REFRACTOR Y QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO | TOPCON | KR-9900 | 4372047 | 201580001253 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 32

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--------------------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO | CARL ZEISS | 840 | 840-15653 | 201780009543 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 33

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | LAMPARA DE HENDIDURA CON FOTOGRAFÍA | TOPCON | SL-D701 + DC4 +BC5 | Z170787 | 201980002143 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | LAMPARA DE HENDIDURA CON FOTOGRAFÍA | TOPCON | SL-D701 + DC4 +BC5 | Z170788 | 201980002144 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 34

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFÍA | TOPCON | TRC-50DX | 9451608 | 201980002141 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 35

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | TONÓMETRO | CARL ZEISS | VISUPLAN 500 | 9703121964 | 201980001712 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 36

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA OFTALMOLÓGICA | OPTIKON | HI-SCANTOUCH | 474BH | 202080000714 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 37

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|----------|--|--|---------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE (CON GASTROSCOPIO, DUODENOSCOPIO Y COLONOSCOPIO) | FUJIFILM | EXP-4450HD EG530WR EC-530WL3 ED-530XT | 2V688G250 2S095G686 2G361K750 2D102K013 | 2016000021661 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 38

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | COLPOSCOPIO | KARL KAPS | SOM 52 | 20054 | 201280002283 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------|--------|-------|--------------|--------------------|
| 2 | COLPOSCOPIO | KARL KAPS | SOM 52 | 20050 | 201180000881 | HGZ.02 CÁRDENAS |
|---|-------------|-----------|--------|-------|--------------|--------------------|

PARTIDA 39

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|------------|----------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311907 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07231918 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCED | ECG-12C | 360777- M17401960029 | 202080032048 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311906 | 201980001703 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 5 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311904 | 201980001700 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 6 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311905 | 201980001701 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 7 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311909 | 201980001706 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 8 | ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | ECG 200S | 08011710 | 201800022627 | UMF21 PARAISO | | | |
| 9 | ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | EC62005 | 07311901 | 201800001699 | UMF18 TEAPA | | | |

PARTIDA 40

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|----------|---------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCE | ECG-12C | 460049- M15910430001 | 201580001637 | UMF27 | | | |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | MALTVICK | MIRELLE | VMME-MIR-0212- 0176 | 201700026204 | UMF48 | | | |
| 3 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCED | ECG-12C | 460049- M16802790039 | 201700022412 | UMF47 | | | |
| 4 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON | ADVANCED | ECG-12C | 460049- M15905160094 | 201580001664 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | SE INCLUYE | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------|--|--|
| INTERPRETACIÓN | | | | | | | | | |
| 5 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | BTL | BTL-08-LT | 073TOB001813 | 201680031176 | UMF 20 FRONTERA | SE INCLUYE | | |

PARTIDA 41

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|----------|---------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06470046 | 202080015659 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06470047 | 202080015660 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06470048 | 202080015661 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06470049 | 202080015662 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06470050 | 202080015663 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480001 | 202080015664 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480002 | 202080015665 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480003 | 202080015666 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480004 | 202080015667 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480005 | 202080015668 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480006 | 202080015669 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015670 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 13 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015671 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 14 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015673 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 15 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015674 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 16 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015672 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |

PARTIDA 42

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|-----------------|------------------|---------|
|-----|-------------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|-----------------|------------------|---------|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANO DE OPERACION
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|----------------------------------|-------------|--------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | SABANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE | IOB MEDICAL | I505 | WU201906050EN | 201980006458 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | SABANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE | IOB MEDICAL | I505 | WU201906057EN | 201980006457 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 43

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-----------------------------|-------|----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL | FUJI | FUJIFILM | MQ00012A7070 | 202180002025 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 43

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|---------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4156 | 201980003784 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4155 | 201980003785 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4154 | 201980003786 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4153 | 201980003787 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | Philips | Practix 360 | 2205675 | 201500005586 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 44

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|-----------------|------------------|---------|
|-----|-------------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|-----------------|------------------|---------|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL. | Philips | Practix 360 | 2205675 | 201500005586 | HGS 4 TENOSIQUE | | |
| 2 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL. | Philips | Practix 300 | 03.56.1067 | 200490020089 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |

PARTIDA 45

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|------------------------|-----------------|----------|--------------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 1 | RINOLARINGOFIBROSCOPIO | RICHARD WOLF | 7223.001 | 1100564913 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 46

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-----------------|----------|--------------|--------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10681 | 202000004718 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10716 | 202000004720 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10677 | 202000004715 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10714 | 202000004716 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10671 | 202000004719 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10683 | 202000004714 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|----------|-------|--------------|---------------------------|--|--|--|
| 7 | DESFIBRILADOR - MONITOR -MARCAPASO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR -MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10685 | 20200004721 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR -MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10672 | 202000004717 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR -MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00545 | 201680015758 | UMF 05 SANTA ROSALIA | | | |
| 10 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR -MARCAPASO | Nihon Kohden | TEC-5631 | 01488 | 201800022628 | UMF 21 PARAISO | | | |
| 11 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR -MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00570 | 201680015760 | UMF 32 LA VENTA | | | |
| 12 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR -MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00596 | 201680015761 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | | | |
| 13 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR -MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00547 | 201680015766 | UMF 22 CUNDUACAN | | | |

PARTIDA 47

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|---------|--------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644341 | 202080009717 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN | PHILIPS | DFM100 | CN32644314 | 202080009720 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644297 | 202080009718 | CAT | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------------|-------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644323 | 202080009719 | CAT | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Philips | Heartstart MRX | US00601209 | 201880037201 | UMF48 POMIOCA | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Philips | HeartStart XL+ | USO11517496 | 201580001356 | UMF 14 20 DE NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | |

PARTIDA 48

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|---------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011447 SN/1126627-3C | 201200009939 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011452 SN/1126621-3C | 201200009937 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011485 SN/1126625-13 | 201200009938 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 4 | DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | INNOMED | CARDIO AID 360B | 16206262 | 201680011196 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 51 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | GE | RESPONDER 2000 | 3203608 | 20110006103 | UMF38 | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 49

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NIPI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023694119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023634119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100027774119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100052193319 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100027894119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100078413619 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100051474319 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023574119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023894119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100028104119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023674119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | (21)100051164319 | 201980007696 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | | | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100050974319 | | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 14 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | EN VISOR C HD | USD0801280 | | HGS 4 TENOSIQUE | Datos mal | | |
| 15 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100027934119 | | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 16 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100023754119 | | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 17 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100023644119 | | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | | 201980007685 | UMF 05 | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.**

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|--------|--|--|
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100028114119 | 201980007727 | UMF 08 | | |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100050944319 | 201980007728 | UMF 10 | | |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100027784119 | 201980007686 | UMF 12 | | |
| 22 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100093764719 | 201980007730 | UMF 13 | | |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 10023364019 | 202080025279 | UMF 14 | | |
| 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 10023364019 | 202080025279 | UMF 21 | | |
| 25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 2100050964319 | 201980007732 | UMF 20 | | |
| 26 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | C5M75CT-B | 100023914119 | 201980007720 | UMF 48 | | |
| 27 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | C5M75CT-B | 100023604119 | 201980007722 | UMF 48 | | |
| 28 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | C5M75CT-B | 100023524119 | 201980007721 | UMF 48 | | |
| 29 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 2110002782419 | | UMF 21 | | |
| 30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100027904119 | 201980007737 | UMF 23 | | |
| 31 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100027914119 | 201980007687 | UMF 45 | | |
| 32 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 100078463619 | 201980007689 | UMF 45 | | |
| 33 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | SN(21)100051164319 | 201980007696 | UMF33 | | |
| 34 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | | 201980007725 | UMF15 | | |
| 35 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 901058 | 201980007690 | UMF18 | | |
| 36 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | CORE | 0021167 | 201980007726 | UMF27 | | |

PARTIDA 50

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------|----------|--------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-0816-1644 | 201800021022 | UMF 21 | | | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-0815-1643 | 201800021035 | UMF 21 | | | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-0816-1550 | 201700026205 | UMF 48 | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-08-1549 | 201700026206 | UMF 48 | | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Waltvick | Zafiro | WMM-0115-0956 | 201600007691 | HGS 4 TENOSIQUE | | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Waltvick | Zafiro | WMM-0115-0955 | 201600007690 | HGS 4 TENOSIQUE | | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1182 | 201600007705 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1184 | 201600007706 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0732 | 201400003657 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0733 | 201400003658 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0734 | 201400003660 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1183 | 201600007708 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1185 | 201600007704 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1180 | 201600007705 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1181 | 201600007706 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |

PARTIDA 51

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080- M20408880363 | 202080009929 | CAT | | | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080- M20408880364 | 202080009930 | CAT | | | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080- M20408880365 | 202080009931 | CAT | | | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080- M20408880366 | 202080009932 | CAT | | | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080- M20408880367 | 202080009933 | CAT | | | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080- M20408880368 | 202080009934 | CAT | | | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080- M20408880369 | 202080009935 | CAT | | | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080- M20408880370 | 202080009936 | CAT | | | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080- M20408880371 | 202080009937 | CAT | | | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080- M20408880372 | 202080009938 | CAT | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.**

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------|----------------|--------------------------|--------------|------------------------|--|--|
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880158 | 202080004523 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880178 | 202080004524 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880138 | 202080004437 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880156 | 202080004438 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880173 | 202080004439 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880157 | 202080004440 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880140 | 202080004441 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880134 | 202080004442 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880141 | 202080004443 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880142 | 202080004444 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880144 | 202080004445 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 22 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880149 | 202080004446 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880150 | 202080004447 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880177 | 202080004516 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880131 | 202080004517 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 26 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880137 | 202080004518 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 27 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880176 | 202080004519 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 28 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880155 | 202080004520 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 29 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880160 | 202080004521 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080- M20408880175 | 202080004522 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |

PARTIDA 52

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366575 | 202000006074 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366578 | 202000006063 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------|----------------|------------|--------------|---------------------|--|
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366581 | 202000006064 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356202 | 202000006065 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356203 | 202000006066 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356204 | 202000006067 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92357825 | 202000006070 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366570 | 202000006071 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366572 | 202000006072 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366574 | 202000006073 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356205 | 202000006068 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356206 | 202000006069 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366583 | 202000006076 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366580 | 202000006075 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4095 | 201880000589 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A5013 | 201880000588 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4727 | 201880000590 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A5130 | 201880000592 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4608 | 201880000593 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | |
| 16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92344281 | 202000006061 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92344820 | 202000006062 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356201 | 202000006057 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366576 | 202000006058 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366582 | 202000006059 | HGZ 02 CARDENAS | |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366584 | 202000006060 | HGZ 02 CARDENAS | |

PARTIDA 53

| NO. | NOMBRE DEL | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO | NO. DE | IMPORTE |
|-----|------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|--------|--------|---------|
|-----|------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|--------|--------|---------|



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.**

| | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|----|---|----------|---------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE | LUTECH | DATALYS 760 | K5200621009F | 202080032047 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE | LUTECH | DATALYS 760 | K5200621007F | 202080032046 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15383 | 201500006117 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15414 | 201500006112 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15084 | 201500006116 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15128 | 201500006115 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15459 | 201500006114 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15400 | 201500006113 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRASLADO | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC12384 | 201500006180 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2017LCM12001 | 201700022423 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2017LCM12002 | 201700022424 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 14 | MONITOR SIGNOS VITALES | PLARRE | BSM-301K | 29836 - Z008 | | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 53

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206986 | 201980005831 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206984 | 201980005832 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206986 | 201980005830 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 207029 | 201980005829 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | CAMA PARA | PARDO | TECHNO PLUS | 206974 | 201980005833 | HGZ 46 | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|-------------------|--------------|--------------|--|--|---------------------|--------------|--|--|
| | CUIDADOS INTENSIVOS | | | | | | | | VILLAHERMOSA | | |
| 6 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749509 | 201700022730 | | | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749206 | 201700022731 | | | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749507 | 201700022732 | | | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212369 | 202080010881 | | | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212348 | 202080010882 | | | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212349 | 202080010883 | | | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212347 | 202080010884 | | | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 13 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212346 | 202080010885 | | | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 14 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224961 | 202080010886 | | | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 15 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224972 | 202080010887 | | | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|------------|-------------|---------------|------------------------|--|--|
| 16 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224968 | 202080010888 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 17 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224967 | 202080010889 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 18 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212362 | 202080010890 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 19 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075942 | 2020800010901 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 20 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075974 | 2020800010902 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 21 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075914 | 2020800010903 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 22 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075915 | 2020800010904 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 23 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075908 | 2020800010905 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 24 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075909 | 2020800010906 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ORGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|------------|------------------|--------------|------------------------|--|--|
| 25 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075930 | 202080010907 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 26 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075931 | 202080010908 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 27 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075816 | 202080010909 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 28 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075815 | 202080010910 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 30 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | LIFEE | LI-H+ | 2201107CB1288212 | SIN | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 31 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | LIFEE | LI-H+ | 2001577CB0803 | 202080010189 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 32 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ8498 | 201700030043 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 33 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9557 | 201700030047 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 34 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9537 | 201700030052 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 35 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9536 | 201700030046 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------|------------|--------------|------------------------|--|--|--|
| 36 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9555 | 201700030051 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 38 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9499 | 201700030044 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 38 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9504 | 201700030045 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 39 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9496 | 201700030049 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 40 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9547 | 201700030048 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 41 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9538 | 201700030050 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 54

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE STIM C-2777 | T6450 | 201500005959 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL SIN SISTEMA DE VACIO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE STIM C-2777 | T6469 | 201500005960 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C-2776 | T23875- T51604 | 201500005978 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE | T23880- T51489 | 201500005979 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | ULTRA C-2776 | | ULTRA C-2776 | | | | | | |
| 5 | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C-2776 | T23875-151160 | 201500005960 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | | |

PARTIDA 55

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|------------|-----------------|--------------|-----|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES | DAKRON | DF-2828 | 1200629 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES | DAKRON | DV-2825 | 0101003 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES | DAKRON | DF-2516H | 0101011 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES | METRON | S/M | S/N | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | TINA DE HUBBARD | FERNO-ILLE | 825-1 | 210223 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | TINA HORIZONTAL | ARJO | SONATA (180420) | US0794 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 56

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SÓLIDO | CARL ZEISS | VISULAS GREEN | 1205667 | 201980001710 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 57

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO | BTL | BTL-08-LT CARDIOPOIN TERGO (E600) | 073-B-01344 | 201500003541 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 58

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|-----------------|------------------|---------|
| | | | | | | | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------|--------------|------------------------|--|--|
| 1 | SORVALL ST 16 CENTRIFUGA | LAB-TECH HERMIE LABORTE CHNIK GMBH | THELMO SCIENTIFIC | 42542722 | 201980002684 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | |
| 2 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS | FELISA LAB-TECH | Z 206 A | 60165056 | 201600014178 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | |
| 3 | ESTUFA BACTERIOLOGICA | FELISA LAB-TECH | FE-B20 | 1608022 | 201600015553 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | |
| 5 | ESTUFA BACTERIOLOGICA | FELISA | 200205 | S/S | 201600015554 | HGZ 02 CARDENAS | | |
| 6 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM | THERMO SCIENTIFI C | MEDIFUGUE 16 | 41999189 | 201680010235 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | |
| 7 | CENTRIFUGA HORIZOM | ELITE- THE DRUCKER CO. | 755V-24 | | 1997005446 | HGS 4 TENOSIQUE | | |

PARTIDA 59

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|----------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 1 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | FIJUDENT | SPECTRUM LOB | SPT10284-SPT7681 | 201500004986 | UMF 45 CÁRDENAS | | | |
| 2 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10018 | 201600016839 | UMF 47 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10039 | 201600016840 | UMF 47 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10067 | 201600016830 | UMF 18 TEAPA | | | |
| 6 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10058 | 201600016828 | UMF 39 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10059 | 201600016856 | UMF 39 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10042 | 201600016844 | UMF 43 VILLAHERMOSA | SE INCLUYE | | |
| 9 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10038 | 201600016846 | UMF 44 VILLAHERMOSA | SE INCLUYE | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

PARTIDA 60

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA, CUBIERTA DESPLAZABLE EQUIPO DIGITAL. | OSKO | XR5 | L5S21709040 | 201700026727 | UMF 48 POMOCA | | | |

PARTIDA 61

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|--------------|----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES) | NIHON KONDEN | MEB-9400 | 1588 | 201680042562 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 62

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-----------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ECCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL | ALOKA | PROSOUND A7 | 20003512 | 201100003557 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 63

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ULTRASONÓGRAFO | ESAOTE | SIM | S/S | 201680070320 | HGZ 02 CARDENAS | | | |

NOTA: LAS PARTIDAS Y/O CANTIDAD DE EQUIPOS POR PARTIDA SON REFERENCIALES, SE ADJUDICARÁ EN FUNCIÓN AL PRESUPUESTO O MONTO MÁXIMO DICTAMINADO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

III. CANTIDAD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2 (Dos) servicios, a realizarse semestral, conforme a la Rutina de Mantenimiento Preventivo, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Servicio del Fabricante.

3

IV. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4

| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | | | |
|---|-------------------------------|--------------|---------------|
| Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco. | | | |
| PARTI-DA 4.1 | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 4.2 | MARCA 4.3 | MODELO 4.4 |
| RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Que incluya: 1. Actividades a realizar, 2. kit de mantenimiento y/o componentes a reemplazar, 3. Ajustes, calibraciones y pruebas) | | | |
| 4.5 | | | |
| COMPLEMENTOS DEL MANTENIMIENTO (Incluido dentro del servicio, a realizarse en una sola exhibición, durante la vigencia del contrato) | | | |
| 4.6 | | | |
| KIT DE PRUEBA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluido dentro del servicio, a suministrarse en una exhibición) | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad |
| | 4.7 | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| |
|---|
| EQUIPO DE MEDICIÓN Y/O PRUEBA (Incluir marca, modelo, número de serie, certificado de calibración y fecha) <div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; margin: 0 auto;">4.8</div> |
| RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (Incluir nombre completo y cargo) <div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; margin: 0 auto;">4.9</div> |
| DATOS DE CONTACTO PARA REPORTE O SOLICITUDES DE SERVICIO (Incluir domicilio de la empresa, sucursales y centros de servicio, números telefónicos y correo electrónico) <div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; margin: 0 auto;">4.10</div> |

V. COMPLEMENTOS DEL MANTENIMIENTO Y KIT DE PRUEBA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | | |
|---------|--|---|---|----------|--------|
| | | No. | Descripción | Cantidad | Unidad |
| 1 a 6 | 1. Sustitución de batería de respaldo (para las incubadoras de traslado). 2. Sustitución de colchón radiotransparente con cubierta lavable e impermeable. 3. Sustitución de barandales completos (en caso de encontrarse dañados) 4. Sustitución de componentes del capote (puertas, mangas, acrílicos) en caso de requerirse. 5. Sustitución de elemento calefactor (en caso de requerirse) | 1 | Sensor de temperatura de piel | 2 | pza |
| | | 2 | Lámparas de auscultación | 1 | jgo |
| | | 3 | Lámparas de fototerapia (para las marcas y modelos que aplique) | 1 | jgo |
| | | 4 | Sensor de oxígeno (para incubadora Atom) | 1 | jgo |
| | | 4 | Sensor de oxígeno (para incubadora Atom) | 1 | jgo |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--------|-------------|----------|--------|---|---|---|-----|---|---------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|--------------------------------|---|-----|---|--|---|-----|---|-----------------------|---|-----|
| 7 a 9 | <ol style="list-style-type: none"> Desincrustado de resistencias del generador. Reemplazo de junta o empaque para generador. Reemplazo de cableado, terminales y/o componentes eléctricos que se requieran. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Garrafa de agua destilada (para esterilizadores de mesa y dental)</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Empaque para puerta</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Diafragma de puerta</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Empaque de diafragma de puerta</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Banco de resistencias (de acuerdo a la marca y modelo)</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Válvulas de seguridad</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Garrafa de agua destilada (para esterilizadores de mesa y dental) | 1 | pza | 2 | Empaque para puerta | 1 | pza | 3 | Diafragma de puerta | 1 | pza | 4 | Empaque de diafragma de puerta | 1 | pza | 5 | Banco de resistencias (de acuerdo a la marca y modelo) | 1 | jgo | 6 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Garrafa de agua destilada (para esterilizadores de mesa y dental) | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Empaque para puerta | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Diafragma de puerta | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Empaque de diafragma de puerta | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Banco de resistencias (de acuerdo a la marca y modelo) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <ol style="list-style-type: none"> Prueba de seguridad eléctrica. Verificación y/o recarga de software. Tests y Calibración de sensores de flujo y válvulas del sistema de respiración Reemplazo de filtros de fan. Reemplazo del kit de mantenimiento: Juego de O' rings para puertos de vaporizadores, Free breathing flapper valve (Para Unidades de Anestesia General Electric) Free breathing flapper valve O'ring (Para Unidades de Anestesia General Electric), Batería de backup (para memoria de configuraciones), Brazo para ventilación manual con manguera y codo (Para Unidades de Anestesia General Electric) en caso de requerirse Reemplazo de fuelle Reemplazo de válvula APL en caso de requerirse. Calibración de módulos de PANI, Capnografía y Espirometría/gases del monitor de signos vitales | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Baterías de respaldo de energía</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sensores de flujo</td> <td>2</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cables de paciente (ECG de 5 puntas, SpO2, manguera de PANI con brazaletes)</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por cada equipo, en cada servicio de acuerdo al calendario de mantenimiento.</p> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Baterías de respaldo de energía | 1 | jgo | 2 | Sensores de flujo | 2 | pza | 3 | Cables de paciente (ECG de 5 puntas, SpO2, manguera de PANI con brazaletes) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Baterías de respaldo de energía | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sensores de flujo | 2 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cables de paciente (ECG de 5 puntas, SpO2, manguera de PANI con brazaletes) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | No aplica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-------------|-------------|----------|--------|---|---|---|-----|---|-----------------------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|--------------------------------------|----|-----|---|---------------------------------------|---|-----|---|--------------------------------------|---|-----|---|--|---|-----|--|--|
| | | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 a 20 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prueba de seguridad eléctrica. 2. Brazo de soporte del circuito (En caso de requerirse). 3. Verificación de su correcto funcionamiento del humidificador. 4. Sensor de temperatura dual para humidificador (de acuerdo a marca y modelo) Por cada equipo y en cada uno de los servicios que se presenten en el calendario de mantenimiento. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batería de respaldo</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sensor de oxígeno</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sensor de flujo</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Válvula de exhalación</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Diafragma de la válvula de exhalación</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Válvula Inspiratoria (Para Smart NG)</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Circuito de ventilación activo con válvula de exhalación de 22 milímetros (para Philips Trilogy)</td> <td>1</td> <td>pqt</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Batería de respaldo | 1 | pza | 2 | Sensor de oxígeno | 1 | pza | 3 | Sensor de flujo | 1 | pza | 4 | Válvula de exhalación | 1 | pza | 5 | Diafragma de la válvula de exhalación | 1 | pza | 6 | Válvula Inspiratoria (Para Smart NG) | 1 | pza | 7 | Circuito de ventilación activo con válvula de exhalación de 22 milímetros (para Philips Trilogy) | 1 | pqt | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Batería de respaldo | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sensor de oxígeno | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sensor de flujo | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Válvula de exhalación | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Diafragma de la válvula de exhalación | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Válvula Inspiratoria (Para Smart NG) | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Circuito de ventilación activo con válvula de exhalación de 22 milímetros (para Philips Trilogy) | 1 | pqt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 a 25 | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 a 27 | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 a 30 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Limpieza de trampas de vapor 2. Limpieza de filtros 3. Restablecer ciclos y horas de servicio. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Control remoto de posiciones de mesas quirúrgicas</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Por equipo en caso de requerirse.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Control remoto de posiciones de mesas quirúrgicas | 1 | pza | | Por equipo en caso de requerirse. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Control remoto de posiciones de mesas quirúrgicas | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Por equipo en caso de requerirse. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Empaque para puertas</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Válvulas de seguridad</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Válvulas solenoides (en caso de requerirse)</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Papel térmico (paquete de 20 piezas)</td> <td>10</td> <td>pqt</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Empaque para puertas | 1 | jgo | 2 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | 3 | Válvulas solenoides (en caso de requerirse) | 1 | jgo | 4 | Papel térmico (paquete de 20 piezas) | 10 | pqt | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Empaque para puertas | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Válvulas solenoides (en caso de requerirse) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Papel térmico (paquete de 20 piezas) | 10 | pqt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | |
|---------|--|---|---|-----------------|
| | | No. | Descripción | Cantidad Unidad |
| 30 a 31 | <ol style="list-style-type: none"> Pruebas de seguridad eléctrica y de RF. Calibración de potencia de corte y coagulación. Verificación del funcionamiento del pedal de corte y coagulación. Sustituir en caso de ser requerido. | 1 | Cable para placa de retorno | 1 pza |
| | | 2 | Placa de retorno reusable | 1 pza |
| | | 3 | Pedales de corte y coagulación. | 1 Pza. |
| 38 | <ol style="list-style-type: none"> Revisión del nivel de aceite. Rellenar en caso de ser requerido. Verificar el estado de los cilindros hidráulicos. Sustituir en caso de requerirse. Cambio de la cubierta de la columna y/o fuelle flexible en caso de requerirse Verificar el estado del panel de control y control alámbrico. Sustituir en caso de requerirse. Pruebas de seguridad eléctrica. | 1 | Batería de respaldo | 1 juego |
| 39 | <ol style="list-style-type: none"> Suministro de objetivos en caso de requerirse. | 1 | Foco para fuente de luz (de acuerdo a marca y modelo) | 1 pza |
| 40 a 41 | No aplica | No aplica | | |
| 42 a 43 | <ol style="list-style-type: none"> Pruebas de seguridad eléctrica y de RF. Calibración de potencia de corte y coagulación. Verificación del funcionamiento del pedal de corte y coagulación. Sustituir en caso de ser requerido. | 1 | Cable para placa de retorno | 1 pza |
| | | 2 | Placa de retorno reusable | 1 pza |
| 44 y 63 | No aplica | No aplica | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
 GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 MEDICOS DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN
 ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
 TABASCO.

Instructivo de llenado del Anexo Número 1 (Uno)

| Número | Concepto | Instrucción a seguir |
|--------|--|---|
| 1 | Descripción del servicio | El licitante deberá colocar la descripción del servicio solicitado. |
| 2 | Descripción de los equipos a los que se les otorgará el servicio | El licitante deberá colocar la información únicamente las partidas para las cuales oferta el servicio. |
| 3 | Cantidad de servicios de mantenimiento preventivo | El licitante deberá considerar la cantidad de servicios a realizar, conforme a las indicaciones del fabricante, de acuerdo a la partida(s) para la(s) cual(es) oferta el servicio. |
| 4 | Rutina de mantenimiento preventivo | El licitante deberá describir de forma amplia y detallada la rutina de mantenimiento preventivo, que conste en el manual del fabricante para cada partida para la cual oferte sus servicios. |
| 4.1 | Partida | Número de partida para la que oferte el servicio. |
| 4.2 | Descripción del equipo | Descripción del equipo para el que oferte el servicio. |
| 4.3 | Marca | Marca del equipo para el que oferte el servicio |
| 4.4 | Modelo | Modelo del equipo para el que oferte el servicio. |
| 4.5 | Rutina de mantenimiento preventivo | El licitante deberá describir la rutina de mantenimiento (que conste con el manual del fabricante, para lo cual deberá referenciar los puntos que integran la misma). Dicha rutina deberá incluir al menos: 1. Actividades a realizar, 2. Kit de mantenimiento y/o componentes a reemplazar, 3. Ajustes, calibraciones y pruebas |
| 4.6 | Complementos del mantenimiento | El licitante deberá incluir en el formato, los complementos del mantenimiento enlistados en el numeral V. Del Anexo Número 1 (Uno), que corresponda a la partida ofertada. |
| 4.7 | Kit de prueba y correcto funcionamiento | El licitante deberá incluir en el formato, el kit de prueba y correcto funcionamiento enlistado en el numeral V. Del Anexo Número 1 (Uno), que corresponda a la partida ofertada. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.

| | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 10 | UMF 12 Pedro C. Colorado | Poblado C-26, Pedro C. Colorado C.P. 86421, C.P. 86421, Huimanguillo, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 11 | UMF 13 Francisco Villa | Poblado C-31, Francisco Villa C.P. 86500, Huimanguillo, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 12 | UMF 14 20 De Noviembre | Dom. Conocido, C.P. 86500, Poblado C-33 20 De Noviembre, Huimanguillo, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 13 | UMF 21 Paraíso | Carretera Paraíso-Comalcalco Km 1, C.P. 86600, Paraíso, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 14 | UMF 23 Huimanguillo | Prolong. Hidalgo S/N Y Arroyo Del Chiflón, Centro C.P. 86400, C.P. 86400, Huimanguillo, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 15 | UMF 45 Cárdenas | Leandro Adriano Esq. Sánchez Magallanes 201, C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 16 | UMF 25 Sánchez Magallanes | Benito Juárez 249, Col. Centro C.P. 86460, Sánchez Magallanes, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 17 | UMF 41 Benito Juarez | Poblado C-21 Benito Juárez Entre Calle 3 Y 4, C.P. 86480, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 18 | UMF 32 La Venta | Vicente Guerrero S/N, Col. Rovirosa C.P. 86410, La Venta, Huimanguillo, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 19 | UMF 43 Villahermosa | Av. César A. Sandino 102, Col. Primero De Mayo C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco. | Ing. José Dalaias Rosique Marín Tel. 9932092334 |
| 20 | UMF 22 Cunduacán | Sánchez Mármol 45 Esq. Zaragoza, Col. Centro C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.

| | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 21 | UMF 26 Jalpa De Méndez | Constitución 84, Col. Centro C.P. 86200, Jalpa de Mendez, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 22 | UMF 15 Cd. Pemex | Lázaro Cárdenas 119, Col. Centro C.P. 86720, Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 23 | UMF 39 Villahermosa | Prolong. I. Zaragoza Esquina Carmen Cadena De Buendía 102, Col. Nueva Villahermosa C.P. 86070, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 24 | UMF 44 Villahermosa | Av. 16 Septiembre S/N Y Andrés García, Col. Primero De Mayo C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 25 | UMF 18 Teapa | Bld. Francisco Trujillo Esquina Felix Palavicini, Col. Centro C.P. 86800, Teapa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 26 | UMF 20 Frontera | José Ma. Pino Suárez Y Mariano Escobedo S/N, Col. Centro C.P. 86750, Frontera, Centla, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 27 | UMF 27 Macuspana | Bld. Rovirosa S/N , Col. Centro C.P. 86700, Macuspana, Tabasco, | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 28 | UMF 38 Villahermosa | Calle Paraíso S/N Boulevard Del Centro, Fracc. Electricistas C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 29 | UMF 48 Pomoca | Lote área 15, Av. Paseo del Jaguar, Sector 2, Zona 7, Fracc. Pomoca, R/A Saloya 2ª Sección, C.P. 86247, Nacajuca, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 30 | HGSZ MF 4 Tenosique | Calle 20 S/N , Centro C.P. 86900, Tenosique, Tabasco | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.

| | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 31 | UMF 30 Jonuta | Agrarista Y Manuel Evia S/N, Col. Centro C.P. 86780, Jonuta, Tabasco. | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |
| 32 | UMF 33 Emiliano Zapata | Prolong. Camino Ganadero S/N, Col. El Otoño C.P. 86980, Emiliano Zapara, Tabasco, | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |
| 33 | UMF 36 Balancán | Periférico Y Benito Juárez S/N, Col. Las Flores C.P. 86930, Balancán, Tabasco. | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |
| 34 | UMF 47 Villahermosa | Arco Poniente Del Periférico S/N, Col. Casa Blanca 86060, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Iván de Jesús Ábalos Gómez Tel. 9371474467 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO.


CALENDARIO DE SERVICIOS Y DOMICILIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS

| PARTIDA | PRIMER SERVICIO | SEGUNDO SERVICIO |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Todas las partidas | 01 al 31 de enero 2024 | 01 al 30 de Junio 2024 |

Realizo.


Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez
Jefe de Conservación de HGZ 46.

Reviso.


Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado
Jefe de la Oficina de Conservación

Vo. Bo.


Ing. Bismar Vázquez Camacho
Enc. Depto. De Conservación y Servicios Generales



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

TERMINOS Y CONDICIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL TABASCO, EJERCICIO 2024

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “EL Instituto” a través del Departamento de Conservación y Servicios Generales contempla dentro del Programa Anual de Operación el **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos en las Unidades de Segundo Nivel de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2018, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. y brindar atención médica con calidad y seguridad para los derechohabientes de OOADE Tabasco.

Se encuentra en el CUCOP con la clave 35400003.

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

1.1. IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

El licitante para la descripción amplia y detallada de los servicios a ofertar, deberá incluir la documentación necesaria y anexos técnicos: folletos, catálogos, instructivos o manuales, con el fin de comprobar las especificaciones técnicas o características y calidad requerida de los mismos. Deberán ser 100% visibles y legibles. Podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español.

1.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto cuenta con recursos para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Equipos Médicos.

Se adjunta dictamen de disponibilidad presupuestal previo: **Anexo Número 5 (Cinco)**.

| Cuenta Contable | Número de Dictamen | Importe Mínimo con IVA | Importe Máximo con IVA |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 42062508 | | | |

“El presupuesto definitivo a ejercer, está sujeto a la aprobación de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

esta licitación, queda sujeta para fines de ejecución y pago a la Disponibilidad Presupuestaria con la que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio 2024 se apruebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

2. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD

La descripción amplia y detallada del servicio a contratar, se contempla en el **Anexo Número 1 (Uno)**, el cual forma parte integrante de estos términos y condiciones.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en estos términos de condiciones, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

La información generada en la operación de los Servicios será propiedad del Instituto y solo podrá ser utilizada por un tercero con el consentimiento expreso de éste.

2.1. CALIDAD.

Los participantes en su propuesta técnica deberán de considerar lo siguiente:

I. Currículum Vitae del licitante en el que se incluya:

- Domicilio fiscal de la empresa, así como de las sucursales y/o centros de servicio.
- Personal técnico responsable de la ejecución de los servicios: Ingenieros Biomédicos y/o afines (copia del título y cédula profesional), acreditando ser trabajador de la empresa, con al menos 3 meses de antigüedad, comprobable vía nómina.
- Certificados de capacitación al personal responsables de la ejecución de los Servicios en el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos, con equipos de la misma marca y/o modelos, con fecha de expedición no mayor a 5 años de la fecha del procedimiento de contratación.

II. Relación de equipos de calibración, medición y/o prueba de los equipos necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo, así como copia de su certificado de calibración vigente por una empresa acreditada.

III. Manuales del equipo, de operación y servicio del(los) equipo(s) para el cual se dará el Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

IV. Relación y copia de contratos, que hayan celebrado con la administración pública o con particulares de la especialidad, en el que se demuestre que corresponde a equipos de las mismas marcas y/o modelos con características similares en cantidad y especificaciones del presente de estos términos y condiciones,



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

indicando nombre del funcionario o representante de empresa particular y número telefónico para comprobar dicha información, así como la constancia de cumplimiento en tiempo y forma y no aplicación de penas convencionales de los mismos, dando facilidades al IMSS para su verificación.

Se deben incluir al menos un contrato por año, durante los 3 años previos al de la fecha de la convocatoria.

2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

Los licitantes deberán acompañar su proposición técnica con los documentos siguientes:

- I. Registro de inscripción ante la SHCP.
- II. Copia acta constitutiva del licitante en el que se compruebe que dentro de su objeto social se encuentran actividades relacionadas con el objeto de la presente contratación.
- III. Carta de respaldo del fabricante y/o filial en territorio nacional y/o distribuidor mayorista (comprobable) en original, papel membretado, con firma autógrafa y sello, en la que éste manifieste que el licitante es su distribuidor y que cuenta con la representación de la marca, autorización para proporcionar servicio y soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de consumibles, accesorios y refacciones para el evento en el que participa.
- IV. Para el caso de aquellos equipos cuyas marcas y/o modelos corresponde a versiones no recientes en el mercado, o bien que el fabricante de los mismos no se encuentre activo, deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad en papel membretado, con firma autógrafa y sello en la que éste manifieste que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar servicio y soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de consumibles, accesorios y refacciones para el evento en el que participa.

Será causal de desechamiento presentar el documento solicitado, si otro participante presenta la carta de respaldo solicitada en la fracción anterior para efecto de los bienes que incurran en este supuesto.

2.3. VISITA A LAS INSTALACIONES

Con el propósito que los licitantes identifiquen la totalidad de equipos objeto de la presente contratación y puedan realizar un diagnóstico funcional y necesidades de los mismos, los participantes deberán realizar una visita a las instalaciones de las Unidades Médicas en donde se encuentran ubicados y con ello, considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos para la elaboración de sus proposiciones.

Para efectuar la visita, el licitante deberá coordinar con el Jefe de Conservación de cada Unidad Médica, la cual deberá realizarse previo a la Junta de Aclaraciones, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Los licitantes deberán de incluir en el acto de presentación de proposiciones, constancia de haber realizado la visita a las instalaciones, la cual deberá contener nombre, firma y matrícula del Jefe de Conservación de la Unidad Médica correspondiente.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

El importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto únicamente participará en apoyo al licitante para autorizar y facilitar el acceso a las Unidades Médicas y a los servicios en donde se encuentran los equipos.

2.4. PLAZO, LUGAR, CONDICIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

2.4.1. PLAZO Y LUGAR

El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipos medicos, objeto de estos términos y condiciones, deberán realizarse de acuerdo al calendario estipulado, en las Unidades Médicas que se detallan en el **Anexo Número 1A (Uno A)** de estos términos y condiciones.

2.4.2. CONDICIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para la prestación del servicio se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

I. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Consiste en las acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de los equipos, de conformidad con los manuales del fabricante, con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de operación, así como la prevención de fallas en su funcionamiento.

Los servicios de Mantenimiento Preventivo se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

- 1.** El proveedor deberá confirmar con al menos una semana de anticipación la fecha de visita a la Unidad Médica para la ejecución del servicio, para coordinar con la Jefatura de Conservación de la Unidad y a su vez del Jefe de Servicio usuario de los bienes, a fin de que el equipo pueda estar disponible y se tomen las medidas necesarias durante el tiempo de ejecución del servicio.
- 2.** El proveedor deberá presentarse con el Jefe de Conservación de Unidad para confirmar su asistencia y registro en la Bitácora de Visitas del Departamento, así mismo, deberá presentar a su llegada lo siguiente:
 - 2.1.** Copia del contrato formalizado. En el caso que el instrumento jurídico no se encuentre formalizado aún, podrá presentar copia del fallo y copia del anexo número 1(Una) de la propuesta técnica.
 - 2.2.** Accesorios y/o kits de mantenimiento para la ejecución del servicio.
 - 2.3.** Equipo de calibración, medición y/o prueba, así como copia de los certificados de calibración vigentes de los mismos.
 - 2.4.** Bitácora de mantenimiento (Carpeta tipo LEDFORD o similar)..
 - 2.5.** El personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio en las áreas de la unidad médica (ejemplo. Uniforme quirúrgico)



En caso de cumplir con lo anterior, se le dará acceso a las instalaciones y se presentará con el Jefe del Servicio correspondiente para dar inicio a los trabajos de Mantenimiento Preventivo. Caso contrario, no se considerará como efectiva la visita y se aplicarán las medidas y/o penalizaciones conducentes.

3. En caso que previo al inicio de los trabajos, se identifique que el equipo se encuentra fuera de servicio, el proveedor deberá notificar al Jefe de Conservación de Unidad y no se procederá con la ejecución del mantenimiento preventivo, en lugar de esto, se considerará como reporte de Mantenimiento Correctivo, debiendo proceder conforme al punto **II. Mantenimiento Correctivo**. Cabe mencionar que el Mantenimiento Preventivo programado, se deberá reprogramar o ejecutar al concluir con el correctivo a entera satisfacción del Instituto.
4. Ejecutar el Mantenimiento Preventivo de los equipos, con base a la descripción del servicio del **Anexo Número 1 (Uno)**, en un plazo no mayor a 8 horas.
5. Al finalizar el servicio, el proveedor deberá notificar al Jefe de Servicio correspondiente, así como al Jefe de Conservación de Unidad, para realizar una demostración del correcto funcionamiento del equipo.
6. Una vez validado el servicio, el proveedor deberá colocar en el equipo, en un lugar visible, una etiqueta que identifique el mantenimiento realizado, que incluya fecha, tipo de servicio y responsable de su ejecución; así mismo, deberá colocar los sellos de garantía correspondientes en aquellos componentes que se consideren restringidos para el usuario.
7. El proveedor se obliga, sin costo adicional para el Instituto a impartir, en caso de ser requerida, capacitación al personal técnico y operativo, en el correcto uso y cuidados del equipo, así como acciones básicas de prueba, cambio de consumibles o accesorios que sean responsabilidad de estos. Dicha capacitación deberá hacerse constar por escrito y deberá adjuntarse a la orden de servicio.
8. El proveedor deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad, todos aquellos elementos del kit de prueba y correcto funcionamiento incluidos en el servicio que no se hayan colocado al equipo, por encontrarse funcionando los actuales, así como aquellos que hayan sido sustituidos, incluyendo los kits de mantenimiento reemplazados.
9. Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del Mantenimiento Preventivo, el proveedor, en conjunto con la Jefatura de Conservación deberá requisitar la siguiente documentación:
 - ✓ Orden de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 2 (Dos)**.
 - ✓ Bitácora de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 3 (Tres)**.
 - ✓ Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 2 fotografía en cada etapa del mismo: antes, durante y después.
 - ✓ Constancia de capacitación a personal técnico y operativo(en caso de ser solicitado por el área usuaria.)
10. Dicha documentación deberá ser validada y firmada por el Jefe de Conservación de Unidad, Subjefe de Conservación o Apoyo Técnico.



II. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que deberá efectuarse cuantas veces sea necesario e incluir las refacciones necesarias para su ejecución sin costo adicional para el Instituto, a través del reporte de servicio que realice el Jefe de Conservación de Unidad, Subjefe de Conservación y/o Apoyo Técnico Delegacional, con el objeto de dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, de conformidad con los manuales del fabricante.

Los servicios de Mantenimiento Correctivo se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Cuando se identifique que algún equipo presente algún daño y/o falla en su funcionamiento, El Jefe de Conservación de Unidad, Subjefe de Conservación y/o Apoyo Técnico Delegacional realizará el reporte de servicio, a través de correo electrónico, a la cuenta de correo del proveedor establecida como contacto.
2. El proveedor deberá emitir acuse de recepción del reporte de servicio y asignar un número de reporte o folio.
3. El plazo para la atención del reporte de servicio será de 3 días hábiles a partir de la fecha de emisión del mismo, plazo en el que el proveedor deberá acudir a la Unidad Médica para realizar el Mantenimiento Correctivo solicitado.
4. El proveedor deberá presentarse con el Jefe de Conservación de Unidad y registrar su asistencia en la Bitácora de Visitas del Departamento.
5. El personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio en las áreas de la unidad médica (ejemplo. Uniforme quirúrgico).
6. El proveedor deberá realizar el Mantenimiento Correctivo a entera satisfacción del Instituto en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contando a partir de la fecha de la emisión del reporte de servicio, por lo que el plazo queda de la siguiente manera:
 - 2 días hábiles para acudir a la Unidad Médica
 - 1 día hábil para diagnóstico.
 - 2 días hábiles para remplazo de refacciones, calibraciones, pruebas y entrega del equipo en óptimas condiciones de funcionamiento.
7. En caso que el Mantenimiento Correctivo supere el plazo de ejecución, el proveedor podrá poner a disposición de la Unidad Médica, un equipo en calidad de préstamo durante el tiempo que se encuentre fuera de operación el equipo propiedad del Instituto, mismo que no debe exceder 30 días naturales. En caso contrario, se aplicarán las penalizaciones y/o deductivas correspondientes.
8. Todo servicio de Mantenimiento Correctivo deberá ser realizado dentro de las instalaciones de la Unidad Médica, por lo que el proveedor deberá llevar las refacciones, accesorios y/o consumibles y equipos de prueba o calibración necesarios para la realización del servicio.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

9. El proveedor deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad, todos aquellas refacciones que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio.
10. Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá requisitar la siguiente documentación:

- ✓ Orden y entrega de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 2 (Dos)**.
- ✓ Bitácora de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 3 (Tres)**.
- ✓ Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 2 fotografía en cada etapa del mismo: antes, durante y después.

11. Dicha documentación deberá ser validada y firmada por el Jefe de Conservación de Unidad, Subjefe de Conservación o Apoyo Técnico.

Los servicios deberán ser entregados dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a su solicitud de los jefes de conservación correspondiente.

“El Proveedor”, se obliga a acudir directamente a las Jefaturas de Conservación y Unidades Hospitalarias o a la Administración de la unidad respectiva a fin de que se le haga entrega física de la orden de servicio, o en su caso de ser enviada por correo electrónico, “El Proveedor”, deberá de dar acuse de recibido en forma inmediata y misma vía señalando fecha y hora en que se recibió la orden de servicio.

“El Proveedor”, deberá de contar con un sistema de comunicación, sin costo para “El Instituto”, en el cual recibirá las órdenes de servicio emitidas vía correo electrónico proporcionado.

En los lugares que se indican en el Anexo Técnico y cuyos domicilios se relacionan en el mismo anexo.

El horario de recepción será en días hábiles para “El Instituto”.

“El Proveedor” deberá de entregar un estado contable en forma mensual por cada Jefatura de Conservación de unidad con la que se celebre el contrato. El cual deberá de señalar el avance del contrato, y deberá de señalar La documentación probatoria de los servicios realizados a entera satisfacción del Instituto estará comprendido entonces por:

- Orden y entrega de servicio Institucional, Anexo Número 1 (uno).
- Bitácora de servicio Institucional, Anexo Número 2 (dos).
- Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos álbum fotográfico mensual en cada etapa del mismo: antes, durante y después.
- Factura (Para los servicios que aplique).

Debiendo generarse al menos cuatro tantos originales: uno para el Jefe de Conservación de Unidad, uno para el administrador del contrato, uno para el trámite de pago y uno para el Proveedor.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

“El Proveedor” se obligará a presentar su factura por el importe del o los servicio realizados de acuerdo al precio unitario con los que formalizo el contrato.

“El Proveedor” se obliga a presentar las facturas dentro de los 3 días naturales siguientes al vencimiento del mes en que se realice el servicio que se trate, según el programa de servicio de estos términos y condiciones, ante la:

Jefatura de Conservación de Unidad No. 1, sito en avenida universidad s/n colonia casa blanca, de Villahermosa, Tabasco,

Jefatura de Conservación de Unidad No. 2 en Hospital General de Zona No. 2 sito en Av. Francisco Trujillo Gurría Esq. Carretera Circuito del Golfo s/n. Colonia Pueblo Nuevo, H. Cárdenas, Tabasco Tel. 01-937- 372-4511 y 4455 ext. 61353,

Jefatura de Conservación No. 3 calle Leandro Adriano 201, Tel. 93737 280 38, Cárdenas, Tabasco,

Jefatura de Conservación de Zona No. 4.- Av. Cesar A. Sandino No. 102 Villahermosa, Tabasco.

Jefatura de Conservación de Zona No. 5 Jefatura de Conservación Periférica No. 5 calle Tulipanes No. 212, Lago Ilusiones, Col. López Mateos. C.P. 86040 Villahermosa, Tabasco. 993 165 5020.

Jefatura de Conservación de Zona No. 7 Periférico Arco Noreste S/N, Col. Casa Blanca. Villahermosa, Tabasco.

El Jefe de Conservación de la Unidad revisará que cada una de las facturas para trámite de pago, que “El Proveedor” le presente para su cobro, reúnan los requisitos técnicos y económicos establecidos en el Anexo Técnico del contrato que se derive de los términos y condiciones, donde se revisara Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales establecidos en la Ley de la materia, en la que se indique los servicios realizados, el número de proveedor IMSS, el número de Contrato, número(s) de alta(s), carta de garantía o número de fianza y denominación social de la afianzadora, orden de servicio Anexo 1 (uno), opinión de cumplimiento IMSS, opinión de cumplimiento INFONAVIT, opinión de cumplimiento SAT, documento de enlace de factura. Documentos que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, del Conjunto Sandino, para su validación, sito en Calle Cesar A. Sandino 102, Colonia 1° de Mayo, C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco, de 08:00 a las 13:00 horas, en días hábiles para “El Instituto”, para su trámite de pago.

En el pago se efectuarán las retenciones que conforme a la ley procedan, previa entrega a “El Instituto” por parte de “El Proveedor”, de las facturas, recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia.

En tal virtud “El Proveedor” acepta y conviene que en el caso de omitir lo previsto en el párrafo anterior, “El Proveedor” le retendrá los pagos hasta en tanto se subsanen tales omisiones fiscales a cargo de “El Proveedor” como contribuyente, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

III. ACCESORIOS Y REFACCIONES

El proveedor se obliga a suministrar los accesorios y refacciones nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad verificará previo a su suministro, conforme al tipo de servicio a realizar.



III CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO.

Una vez realizados los servicios de mantenimiento, el Proveedor deberá realizar lo siguiente:

Entregar al Jefe de Conservación de Unidad las facturas de los trabajos realizados dentro de los 3 días naturales posteriores al término de los mismos para su validación.

La documentación probatoria de los servicios realizados a entera satisfacción del Instituto estará comprendida entonces por:

- Orden y entrega de servicio Institucional, Anexo Número 1 (uno).
- Bitácora de servicio Institucional, Anexo Número 2 (dos).
- Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos álbum fotográfico mensual en cada etapa del mismo: antes, durante y después.
- Factura (Para los servicios que aplique).

Debiendo generarse al menos cuatro tantos originales: uno para el Jefe de Conservación de Unidad, uno para el administrador del contrato, uno para el trámite de pago y uno para el Proveedor.

2.5. MODALIDAD DE LA CONTRATACION.

Con fundamento en el artículo 26 Fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y como resultado de la presente licitación se suscribirá **contrato abierto por cantidades mínimas y máximas**, de conformidad con el Artículo 85 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.6. TIPO DE ABASTECIMIENTO

La totalidad de los Servicios deben ser adjudicados a un solo proveedor (Artículo 29 Fracción XII de la LAASSP)

3. GARANTÍAS

3.1. GARANTÍA DEL SERVICIO

El Proveedor se compromete a otorgar garantía por los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizados, conforme a lo siguientes supuestos:

- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
Garantía de funcionamiento del equipo, accesorios y partes (kits de mantenimiento u otros) reemplazadas con motivo de la ejecución de cada servicio programado en el calendario de mantenimiento, por 30 días naturales posteriores a la conclusión de los trabajos.
- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

Garantía de funcionamiento del equipo y de las refacciones utilizadas con motivo de la ejecución del servicio, por 30 días naturales posteriores a la conclusión de los trabajos, a menos que el equipo presente una falla de naturaleza distinta a la corregida en el servicio previo.

3.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada, **Anexo Número 6 (Seis)**.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, a través del Administrador del Contrato.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza son indivisibles, por lo que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas, en razón de las características, términos y condiciones del servicio objeto de la contratación.

“El Proveedor” deberá contar con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece el ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presentará copia a “EL INSTITUTO” la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir del día de su emisión.

4. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

4.1. PENAS CONVENCIONALES

El Instituto de conformidad con el art. 53 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 95 del Reglamento de la Ley referida, procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la prestación del servicio, por el equivalente al 1% (un por ciento) por día de atraso, sobre el valor total de lo incumplido o cuando el servicio no cumpla con los solicitado, en el contrato.

La pena convencional será aplicada por cada día de atraso en la prestación del servicio, considerando Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo cuando:

- A. Se exceda el plazo para la ejecución de los Servicios de Mantenimiento Preventivo conforme a las fechas establecidas en el cronograma de mantenimiento.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

- B. Se exceda el plazo para la ejecución de los Servicios de Mantenimiento Preventivo estipulados en el numeral 2.3.2.
- C. Se exceda el plazo para la ejecución de los Servicios de Mantenimiento Correctivo estipulados en el numeral 2.3.2.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso y la que no debe ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El Administrador del Contrato, será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de penas convencionales, objeto del servicio.

El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar una pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a El Proveedor.

El Proveedor autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones que se señalan en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a él deberán de cubrirse, durante el periodo en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

| Concepto | Unidad de medida | % de Penalización | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena |
|--|--|-------------------|--|---|
| Cuando "El Instituto" compruebe, que una vez transcurrido el plazo del inicio de los servicios "El Proveedor" no se presentó a realizar el servicio correspondiente. | Se aplicaran a "El Proveedor", mientras que el servicio no sea realizado de manera oportuna y de acuerdo al servicio contratado y hasta por un total de 4 días de atraso, de conformidad con el artículo 53 de la LAASSP | 1% | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | Administrador del Contrato |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| Concepto | Unidad de medida | % de Penalización | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena |
|---|--|-------------------|--|---|
| Cuando "El Proveedor" no realice los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las especificaciones y alcances contenidos en el contrato del presente de los términos y condiciones. | Se aplicará a "El Proveedor", mientras que el servicio no se realice de acuerdo a las especificaciones y alcances contenidos en el contrato. | 1% | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | Administrador del Contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que no entregó los equipos de acuerdo a la fecha establecida. | Se aplicaran a "El Proveedor", mientras que el servicio no sea entregado en el periodo acordado. | 1% | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | Administrador del Contrato |

El máximo de penalización es de hasta 4 días de acuerdo al servicio no prestado o entregado oportunamente; es decir:

Garantía de cumplimiento del contrato / Penalización por cada día de atraso ya sea en el inicio de los trabajos o entrega de los mismos = 1 * 1 hasta por 4 días de incumplimiento máximo de penalización.

| Cantidad de servicio | Precio Unitario del servicio | Valor del contrato | (A) Cantidad de servicios | (B) Días de atraso | (C) Pena por atraso 2.5% del P. U. del servicio = \$x2.5% | (D) Penalización por cada día de atraso en que incurrió (B) x (C) | Penalización por atraso en la entrega (A) x (D) |
|----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|---|
| 1 | | | | Máximo 4 días | | Días x \$\$= | 2.5 x D = |

Por ningún concepto, las penas convencionales podrán exceder el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.

4.2. DEDUCTIVAS

En términos del artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su reglamento, el Instituto aplicará deductivas conforme a:

- A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 1% (uno por ciento) del servicio prestado de manera parcial o deficiente.



- B. Se exceda el tiempo de atención para el Mantenimiento correctivo, de 2 días hábiles, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del costo del servicio.
- C. Que la persona que se presente a realizar el servicio, sea distinta de aquellas que se relacionaron como personal técnico responsable de la ejecución del servicio en el **Anexo Número 1 (Uno)** y/o que no se identifique debidamente.
- D. Cuando El Proveedor no presente su facturación para pago en un periodo no mayor a 3 días después de concluido el servicio a entera satisfacción del Instituto, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del costo del servicio.

El Administrador del contrato, será el encargado de realizar el cálculo, aplicación y seguimiento de las deductivas por la prestación deficiente de los servicios.

El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas, sobre los pagos que deberá cubrir a El Proveedor.

| Concepto | Niveles de servicio | Unidad de medida para la deducción | Deducción | Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción |
|---|--|---|---|---|--|--|
| Cuando "El Instituto", compruebe a "El Proveedor" que el personal no porta uniforme que haya ofrecido en su propuesta técnica presentada para participar en esta licitación. | Cuando el proveedor no cumpla con los estándares de imagen que ofrecen en el contrato. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos días | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que el personal que realizara el servicio, se acompañe de personas que no intervengan en el servicio a prestar ante "El Instituto" | Dentro del Horario establecido de salida y retorno | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos días | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que no cuenta con un número telefónico o correo electrónico para realizar la solicitud de servicio preventivo o correctivo. | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones, | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |



| Concepto | Niveles de servicio | Unidad de medida para la deducción | Deducción | Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Cuando "El Proveedor", no acuse de recibido el correo de solicitud de servicio preventivo o correctivo. | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones, | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que las herramientas o equipos a utilizar para la prestación del servicio no son las adecuadas. | Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que el personal no está debidamente capacitado para realizar la prestación del servicio. | Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Proveedor" no presente su facturación para pago en un periodo no mayor a 3 días después de concluido el servicio a entera satisfacción de "El Instituto". | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | No aplica | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando se compruebe que "El Proveedor", no tiene registrados a sus trabajadores ante el IMSS, (Personal propuesto por el Proveedor para prestación del servicio). | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", los trabajos no fueron realizados adecuadamente. | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de | El Administrador del contrato |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| Concepto | Niveles de servicio | Unidad de medida para la deducción | Deducción | Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | que se descuente el pago respectivo | | Conservación | |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que el personal se presente bajo los efectos de alcohol o algún narcótico. | Durante la vigencia del contrato | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | Se aplicará una deducción del 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que su personal presento conductas inadecuadas hacia personal y derechohabientes de "El Instituto" | Durante la prestación del servicio | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | Se aplicará una deducción del 1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en tres ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | Administrador del Contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada | Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor" que se excedió el tiempo de atención para el Mantenimiento correctivo, de 2 días hábiles, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción | Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |
| Cuando "El Instituto" compruebe a "El Proveedor", que la persona que se presente a realizar el servicio, sea distinta de aquellas que se relacionaron como personal técnico responsable de la ejecución del servicio y/o | Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio. | Por deficiencia en el cumplimiento del servicio | 0.1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo | Cuando reincida Hasta en dos ocasiones | Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación | El Administrador del contrato |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| Concepto | Niveles de servicio | Unidad de medida para la deducción | Deducción | Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|---|---|--|
| que no se identifique debidamente. | | | | | | |

En caso de rescisión del contrato no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

La Deductiva por Incumplimiento Parcial, se calculará cuando exista retraso en la prestación o entrega de los servicios hasta un máximo de 4 días, de acuerdo con el porcentaje de deducción establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

4.3 CAUSALES DE RESCICION.

Son casos de incumplimiento de “**El Proveedor**”, de manera enunciativa más no limitativa, los que se refieren a continuación:

- I. Si no ejecuta los servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas en el presente requerimiento.
- II. Si no entrega la garantía de cumplimiento.
- III. Por cualquier incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo de “**El Proveedor**”, pactadas en el contrato abierto motivo de este requerimiento.
- IV. Cuando a partir de la fecha señalada de la iniciación del servicio “**El Proveedor**” no haya realizado los servicios de mantenimiento motivo del contrato.
- V. Cuando durante la vigencia del contrato abierto se presenten 3 incidencias registradas en bitácora de servicio, y no haya atendido el contratista con oportunidad.
- VI. Cuando “**El Proveedor**” ceda parcial o totalmente a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas del contrato abierto, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización previa y por escrito de “**El Instituto**”, en términos de lo asentado en el contrato cerrado motivo de este requerimiento.
- VII. En caso de que “**El Proveedor**” se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5. PROPOSICIÓN TÉCNICA

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

- I. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el **Anexo Número 1 (Uno)** y su instructivo, los cuales forman parte de la presente requisición.
- II. Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 del presente requerimiento, según corresponda.
- III. Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 del presente requerimiento, según corresponda.



- IV. Anexos Técnicos: Catálogos y manuales originales del fabricante, así como contratos, certificados y otros documentos necesarios para referenciar la descripción amplia y detallada del servicio a ofertar y el cumplimiento de los numerales 2.1 y 2.2.
- V. Constancia de visita a las instalaciones, solicitada en el numeral 2.3 del presente requerimiento siendo esta obligatoria.
- VI. **Anexo Número 4 (Cuatro)** "Criterios de Evaluación Técnico Administrativa", acompañado de la documentación que acredite el cumplimiento de la evaluación por puntos y porcentajes.

6. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Para efectos de la evaluación de las proposiciones técnicas, se tomarán en consideración los criterios siguientes y el análisis integral y exhaustivo de:

- 1. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema "CompraNet", solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.
- 2. Se verificará la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada del servicio ofertado, en la que se puntualicen todos y cada uno de los conceptos solicitados, y la congruencia, con las indicaciones, especificaciones o recomendaciones del fabricante, así como lo solicitado por el Instituto en el **Anexo Número 1 (Uno)**, incluyendo lo que se deriven de las Juntas de Aclaraciones.
- 3. Se comprobará la inclusión de la marca, modelo y fabricante de los equipos objetos de la contratación, la correspondencia y congruencia que guarda con los anexos técnicos, Catálogos y manuales originales del fabricante, que envíe el licitante como sustento para la descripción amplia y detallada del servicio que oferta.
- 4. Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, en cuanto a los requisitos solicitados de calidad, licencias, autorizaciones y permisos, establecidos y descritos en los numerales 2.1 y 2.2.

7. MÉTODO DE EVALUACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, el método de evaluación e las proposiciones será el de "Puntos y Porcentajes", mismo que se evaluará conforme a lo siguiente:

7.1. EVALUACIÓN DE LOS RUBROS DE PUNTOS O PORCENTAJES

7.1.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

- a) "Descripción Técnica".- Para este rubro se evaluarán las proposiciones técnicas de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5. Proposiciones Técnicas, incisos I. a V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

- b) "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos".- A efecto de acreditar los rubros indicados en el **Anexo Número 4 (Cuatro)** "Criterios de Evaluación Técnico Administrativa", asimismo, deberán enviar la documentación que soporte lo asentado en dicho formato.

Se determinará como "**Proposición Solvente**", aquella que como resultado obtenga una puntuación mínima de 45 puntos, luego de realizar la evaluación conforme a las ponderaciones establecidas en cada uno de los rubros "Descripción Técnica", "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos".

7.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se procederá a la "Evaluación Económica" de aquellas proposiciones que hayan sido determinadas como solventes, de conformidad con lo señalado en el numeral anterior.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

8. CAUSAS DE DESECHAMIENTO

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 5, 5.1, 5.2 y 5.3., y sus anexos y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.
- b) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- c) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.
- d) Cuando no cotice la totalidad de la partida.
- e) Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de "bajo protesta de decir verdad", solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.
- f) Cuando no exista correspondencia y congruencia entre los anexos técnicos: catálogos, instructivos, manuales y demás documentación que presenten los oferentes en su proposición técnica con las



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

características requeridas.

- g) Cuando no obtenga la puntuación mínima de la evaluación técnica del numeral 7.1.

9. FORMA DE PAGO

“El Instituto” se obliga a pagar a “El Proveedor” en pesos mexicanos, a los **15 días naturales** posteriores a la entrega de las facturas y demás documentos comprobatorios debidamente requisitados, de acuerdo a lo siguiente:

El Jefe de Conservación de la Unidad revisará que cada una de las facturas para trámite de pago, que “El Proveedor” le presente para su cobro, reúnan los requisitos técnicos y económicos establecidos en el **Anexo 01 (uno)**, del contrato que se derive del presente requerimiento, **revisadas las facturas, estas le serán devueltas a “El Proveedor”**, para que este a su vez las ingrese ante el Departamento de Presupuesto, **Contabilidad** y Erogaciones, con domicilio en Av. Cesar Augusto Sandino No. 102, Colonia 1ro de Mayo, C. P. 86190, Villahermosa, Tabasco y teléfono 01 99 33 15 06 77, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, en días hábiles para “El Instituto”, para su trámite de pago.

La factura deberá contener los siguientes datos: nombre y dirección del inmueble donde se realizó el servicio, número de contrato, número de proveedor, número de póliza de fianza, nombre de la afianzadora y fecha de realización del servicio de acuerdo a calendario.

Anexo a la factura se deberá de incluir el **Anexo 02 (dos)**, orden de servicio.

En caso de que “El Proveedor” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el Artículo 90 del Reglamento de la Ley, “El Instituto”, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “El Proveedor”, las deficiencias que se deberán corregir.

“El Proveedor” acepta que “El Instituto”, le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporcionara el número de cuenta CLABE a nombre de “El Proveedor”, del Banco y Sucursal que “El Proveedor” elija. El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de “El Proveedor” está contratada con Banamex, HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto “El Proveedor” deberá presentarse en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sito en Avenida Cesar Augusto Sandino No. 102, Colonia 1ro de Mayo C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco en horario de 8:00 a 16:00, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, “El Instituto” realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevara a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “El Proveedor” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto a “El Proveedor” .

Asimismo, “El Instituto” aceptará de “El Proveedor”, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

“**El Proveedor**” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “**El Instituto**”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “**El Proveedor**” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “**El Proveedor**” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

“**El Proveedor**”, podrá consultarla la situación real de los pagos realizados, en el portal de Internet de “**El Instituto**”, en la dirección electrónica www.imss.gob.mx, en la liga Portal de Transparencia (Proveedores del IMSS, Pago, a Proveedores.

En relación a las reglas en materia de comprobantes fiscales digitales (CFD y CFDI), así como comprobantes fiscales impresos por medios propios (CBB), que entraron en vigor el pasado 1 de julio del 2012, se debe de considerar para el trámite de pago de sus contratos vigentes, lo siguiente:

Régimen Fiscal.- Deberán incluir en el comprobante fiscal el régimen fiscal del contribuyente que expide dicho comprobante.

Método de Pago.- Al momento de emitir el comprobante fiscal deberá señalar el método de pago que hasta la fecha tiene con “**El Instituto**”. En caso de que al momento de emitir el comprobante, no sea posible identificar el método de pago, se podrá utilizar la expresión “PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO”.

Número de la Cuenta de la cual procede el pago.- Deberá señalarse en el comprobante fiscal los últimos cuatro dígitos del número de la cuenta de la cual procede al pago, excepto en el caso de que el pago haya sido en efectivo o cuando se utilice la expresión “No identificado”.

Para el caso del Instituto, la Relación de cuentas vigentes en delegaciones para pago con cheque a “**El Prestador del Servicio**”, las puede obtener en la dirección electrónica. https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov/faces/index.xhtml#

Unidad de Medida.- Deberá incluirse la unidad de Medida del bien o los bienes que se describen en el comprobante, de conformidad con lo establecido en el Sistema General de Unidades de Medidas, a que se refiere la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las señaladas en el apéndice 7 del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior y las demás aceptadas por la Secretaría de Economía. Se establece que tratándose de los casos de prestación de servicios o uso o goce temporal de bienes se podrá asentar la expresión “No aplica”.

Para cualquier aclaración, pueden dirigirse a la Oficina de Trámite de Erogaciones, del Conjunto Sandino, sito en Av. Cesar Augusto Sandino 102, Colonia primero de mayo, C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco, de 08:00 a las 13:00 horas.

10. CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

Son casos de incumplimiento de “**El Proveedor**”, de manera enunciativa más no limitativa, los que se refieren a continuación:

- VIII. Si no ejecuta los servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas en el presente de los términos y condiciones.
- IX. Si no entrega la garantía de cumplimiento.
- X. Por cualquier incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo de “**El Proveedor**”, pactadas en el contrato.
- XI. Cuando a partir de la fecha señalada de la iniciación del servicio “**El Proveedor**” no haya realizado los servicios.
- XII. Cuando durante la vigencia del contrato abierto se presenten 3 incidencias registradas en bitácora de servicio, y “**El Proveedor**” no haya atendido con oportunidad.
- XIII. Cuando “**El Proveedor**” ceda parcial o totalmente a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas del contrato abierto, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización previa y por escrito de “**El Instituto**”, en términos de lo asentado en el contrato cerrado motivo de estos términos y condiciones.
- XIV. En caso de que “**El Proveedor**” se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

11. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN

A partir del día siguiente a la emisión del fallo, al 31 de diciembre de 2024.

12. REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA

El Instituto” designa a los Servidores Público, los **Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez**, Jefe de Conservación de Unidad No. 01, **Ing. Gabriel Jesús Jiménez Lázaro**, Jefe de Conservación de Unidad No. 02, **Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia**, Jefe de Conservación de Unidad No. 03, **Ing. José Dalaias Rosique Marín**, Jefe de Conservación de Unidad No. 04, **Ing. Luis Angel García Magaña**, Jefe de Conservación de Unidad No. 05, **Ing. Iván de Jesús Abalos Gómez**, Jefe de Conservación de Unidad No. 07 como representante en la junta de aclaraciones, para atender todas las dudas que se deriven de los aspectos técnicos de estos términos y condiciones, todos los procesos licitatorios que deriven del presente requerimiento.

13. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

El **Ing. Bismar Vázquez Camacho**, Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales, intervendrá como administrador del Instrumento Jurídico, que se derive del presente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 84 Penúltimo Párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


14. AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

“El Instituto” designa al Servidor Público, el **Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado** Jefe de Oficina de Conservación, con el propósito de dar cumplimiento al penúltimo párrafo del Artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el numeral 5.3.15, inciso b) y párrafo segundo de las Políticas, Bases y Lineamientos en la materia, aprobadas por el H. Consejo Técnico del 14 de diciembre 2017. Quiénes en estricto apego a lo antes mencionado, deberá dar puntual seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la entrega de los bienes, supervisar el cálculo y aplicación de las deducciones y penas convencionales, entre otros.

Revisó:

Ing. Bismar Vazquez Camacho
Encargado Del Departamento de Conservación

Vo. Bo.


Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado
Jefe de Oficina de Conservación.

Realizó:


Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez Jefe de
Conservación de HGZ 46.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO

I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco.

1

II. EQUIPOS A LOS QUE SE LES OTORGARÁ EL SERVICIO:

2

PARTIDA 1

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-----------|----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | IN28940 | 201500006106 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | IN28937 | 201500006111 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | IN28938 | 201500006109 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | IN28941 | 201500006108 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | IN28939 | 201500006107 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | IN28942 | 201500006110 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | AP17-086 | 201880000595 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | AP17-087 | 201880000596 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | AP17-085 | 201880000594 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | AP17-089 | 201880000597 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 11 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCARE | EXSPECTA | AP17-088 | 201880000598 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |

PARTIDA 2

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|----------|----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2010C0380 | 201100013759 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2010C0385 | 201100013757 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2010C0383 | 201100013758 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2010C0376 | 201100013752 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|------------|--------------|------------------------|--|--|--|
| 5 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2010C0379 | 201100013754 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | MEDICA D | BABYCARE | 2013BC0011 | 201300016727 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |

PARTIDA 3

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|--------|--------------|--------------|-----|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE SIN FOTOTERAPIA | OHMEDA | OHIO 3300 | HCCJ11066 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 4

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|----------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO | ATOM | AIR INCU I | 2760229 | 201700030077 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO | ATOM | AIR INCU I | 2760230 | 201700030078 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 5

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------|-------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | INCUBADORA DE TRASLADO | SAPS | ISOTHERM SCALE | VE12-120 | 201500006172 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 6

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|----------|------------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | INCUBADORA DE TRASLADO | ANVE | ROMIT | ITR- 005 | 201700027072 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | INCUBADORA DE TRASLADO | ADVANCED | A-3158 | CF- 5523 | 201200012069 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 3 | INCUBADORA DE TRASLADO | ADVANCED | A-3158 | CF- 5520 | 201200012070 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 4 | INCUBADORA DE TRASLADO | MEDIX | TR-306 | S/N | 200500013301 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 5 | INCUBADORA DE TRASLADO | ANVE | ROMIT | ITR- 008-18 | 201800021283 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 6 | INCUBADORA PEDIÁTRICA NEONATAL DE TRANSPORTE | FINESA | Maternal Movil Care | S/N | 199034935 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

PARTIDA 7 (chechar)

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|------------|----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO GRANDE (CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR) | TUTTNAUER | 69150 | 16070152 | 201700022737 | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082217 | 201600022612 | UMF 03 TACOTALPA | | | |
| 3 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082206 | 201600022623 | UMF 05 SANTA ROSALIA | | | |
| 4 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082215 | 201600022608 | UMF 11 COMALCALCO | | | |
| 5 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082211 | 201600022627 | UMF 14 20 DE NOVIEMBRE | | | |
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082212 | 201600022625 | UMF 15 CD. PEMEX | | | |
| 7 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082202 | 201600022588 | UMF 18 TEAPA | | | |
| 8 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082214 | 201600022580 | UMF 18 TEAPA | | | |
| 9 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082204 | 201600022615 | UMF 21 PARAISO | | | |
| 10 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082203 | 201600022577 | UMF 23 HUIMANGUILLO | | | |
| 11 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082205 | 201600022618 | UMF 26 JALPA DE MENDEZ | | | |
| 12 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082209 | 201600022592 | UMF 30 JONUTA | | | |
| 13 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERAD O PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tutttnauer | 2540 EVB | 16082207 | 201600022624 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
DEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-----------|----------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|---------|
| 14 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082208 | 201600022621 | UMF 36 BALANCAN | | | |
| 15 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082200 | 201600022576 | UMF 39 VILLAHERMOS A | | | |
| 16 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082218 | 201600022591 | UMF 39 VILLAHERMOS A | | | |
| 17 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082210 | 201600022584 | UMF 41 BENITO JUAREZ | | | |
| 18 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082216 | 201600022575 | UMF 43 VILLAHERMOS A | | | |
| 19 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082213 | 201600022587 | UMF 44 VILLAHERMOS A | | | |
| 20 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082201 | 201600022579 | UMF 47 VILLAHERMOS A | | | |

PARTIDA 8

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|---------|---------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | STEELCO | PL130/1 | 19A0310LS039 | 202180003132 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (CON 2 PUERTAS, ANTERIOR Y POSTERIOR) | STEELCO | VS3/2 | 12931 | 202180003133 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (CON 2 PUERTAS, ANTERIOR Y POSTERIOR) | STEELCO | VS3/2 | 13078 | 202180003134 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 13185 | 202180003002 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 5 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 13186 | 202180003003 | HGZ 02 CARDENAS | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|---------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 11239 | 201700027073 | UMF 48 POMOCA | | | |

PARTIDA 9

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|----------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | TEMAZCALLI SIGLO XXI | TG-3 | 1372-A | 200900012894 | UMF 47 | | | |
| 7 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | M11 | | 201900011464 | UMF20 | | | |
| 9 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | LORMA | AV07 | 32331 | S/N | UMF 27 | | | |
| 12 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | M11 | V1950614 | 201700026733 | UMF 48 POMOCA | | | |
| 13 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | MII-020 | V1909113 | 201800020743 | UMF 21 | | | |
| 1 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | FEHLMEX | MAYA M-20 | MB-17904 | 202180003248 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 10

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATOR IO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00963 | 201080047023 | HGZ 46 VILLAHERMO SA | | | |
| 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATOR IO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00962 | 201080047025 | HGZ 46 VILLAHERMO SA | | | |
| 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATOR IO B40i) | GENERAL ELECTRIC | CARESTATION6 20 /B40i | SM619440017M A / SMB19430069H A | 202080011423 | HGZ 46 VILLAHERMO SA | | | |
| 4 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE 7900 CARESCAPE MONITOR B650 | ANCU0096 SK4154511553 HA | 201580001586 | HGZ 46 VILLAHERMO SA | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATOR IO CARESCAPE B650) | | | | | | | | |
| 5 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATOR IO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00884 | 2010800469 87 | HGZ 2 CARDENAS | | | |
| 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATOR IO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00998 | 2010800469 88 | HGZ 2 CARDENAS | | | |
| 7 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATOR IO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00994 | 2010800469 89 | HGZ 2 CARDENAS | | | |
| 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATOR IO TERAMAX 1000) | TEKNODO L | BÁSICA | MA-02-1018 | 2016000048 67 | HGZ 2 CARDENAS | | | |

PARTIDA 11

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART LST | 801631 | 200900002019 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART LST | 801630 | 200900002018 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 12

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247551081A1U | 20190009117 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247751081A1U | 20190009118 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247701081A1U | 20190009119 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

PARTIDA 13

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM741 | 201500006125 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM743 | 201500006124 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM745 | 201500006123 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM742 | 201500006126 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM746 | 201500006127 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | MEDICA D | SMART NG | 2015SM744 | 201500006128 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 14

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 640 | 202080005981 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 535 | 202080005979 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 578 | 202080005982 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 583 | 202080005983 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 566 | 202080009287 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 584 | 202080005984 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 649 | 202080005999 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 627 | 202080005998 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 565 | 202080009286 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 510 | 202080005996 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 479 | 202080005992 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 477 | 202080005993 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 13 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 455 | 202080005995 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 14 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 449 | 202080005991 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 15 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 446 | 202080005990 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 16 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 445 | 202080005989 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 17 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 443 | 202080005988 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 18 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 406 | 202080005997 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 19 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 288 | 202080005986 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 20 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 287 | 202080005985 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 21 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020MST 491 | 202080005994 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 22 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020MST 444 | 202080005987 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 23 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | MEDICA D | SMART CPT | 2020SMT 447 | 202080005980 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |

PARTIDA 15

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | HEINEN & LOWENSTEIN | LEONI PLUS | 0217004HUL 44501230 | 201500006136 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | HEINEN & LOWENSTEIN | LEONI PLUS | 0217004HUL 44501235 | 201500006137 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 16

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV0908938 | 200980004424 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV0908939 | 200980004425 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |

PARTIDA 17

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO | EVENT MEDICAL | INSPIRACION 71 | 2015714000 8 | 20150000617 7 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

PARTIDA 18

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------|--------------|-----|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62736 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62586 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62734 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62655 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | SIARE | SIARETRON 4000 | 62797 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 19

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|---------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS RESPIRONICS | TRILOGY 202 | TV017122068F | 201700026235 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILOGY EVO | H285620354238 | 202080009795 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILOGY EVO | H28562077064A | 202080009796 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILOGY EVO | H28562077233B | 202080009797 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 20

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|--------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | Ventilador de traslado pediátrico adulto | Drager | Oxylog 3000 | ASLK-0040 | 201800021629 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 21

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIR CAREFUSION | AVEA | BKV01271 | 201980002972 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | VENTILADOR | VYAIR | AVEA | BKV01279 | 201980002973 | HGZ 46 | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------|----------|--------------|---------------------|--|--|--|
| | NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | CAREFUSION | | | | VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIR CAREFUSION | AVEA | BKV01276 | 201980002974 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIR CAREFUSION | AVEA | BKV01273 | 201980002975 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIR CAREFUSION | AVEA | BKV01275 | 201980002976 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 22

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLS MARTIN | MARLED E9I-E9I | ME9IB331715C3109 ME9IB331715C3108 | 201580001349 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 23

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLYO | M310/M310 | KLED17K152 / MCH3E17L199,200 | 201880000616 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLYO | M310/M310 | KLED17K149 / MCH3E171197,98 | 201880000615 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | KLYO | M310/M310 | KLED17K119 | S/N | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |

PARTIDA 24

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419410411 | 201980009112 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419414415 | 201980009113 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419418419 | 201980009109 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + | ID1600419417416 | 201980009110 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | UPS | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--|--|
| 5 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID1600419413412 | 201980009111 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | | 2016800252 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID-30087-038-048-30102019 | 201980009106 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL160/160 LED VARIO + UPS | ID-30087-039-048-30102019 | 201980009107 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 7 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | Dewilux dl160/160 led vario + ups | ID-30087-040-048-30102019 | 201980009108 | Dewilux dl160/160 led vario + ups | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 25

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|--------|----------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (PARA CIRUGÍA GENERAL) | MEDIFA | 601700 | 21894 | 201780007540 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (PARA CIRUGÍA GENERAL) | MEDIFA | 601700 | 21895 | 201780007541 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA) | MEDIFA | 601700 | 23473 | 201980000399 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23477 | 201980007738 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23476 | 201980007739 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23478 | 201980007740 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160-G | 08-645 | 200800026200 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160 | 08-643 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160 | 08-644 | 200800026206 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGÍA). | MEDIFA | 601700 | 23448 | 201980000401 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 11 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA). | MEDIFA | 601700 | 23472 | 201980000400 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 12 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA | BAME | 2200 SBR | 2A253-02-0003 | 201500004110 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|----------------------------|-------|--------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| 13 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA | Amsco | 1080 | S/N | 1999027126 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 26

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-------|----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 1 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180218057 | 201800020146 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180220499 | 201800020148 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180218055 | 201800020145 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180220495 | 201800020147 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 200 | 3650225649 | 201880036893 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238899 | 201980007898 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238898 | 201980007897 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238896 | 201980007899 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238897 | 201980007900 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180187369 | 201680012142 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 11 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | LED | SURTRON 400 HP | 5180187370 | 201680012143 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 12 | Unidad de electrocirugía de uso general | LED | Surtron 400 HP | 5180238895 | 201980007901 | HGSZ 4 TENOSIQUE | INCLUIR | CONFIRMAR CON ZURITA | |

PARTIDA 27

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|--------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | SORING | MBC-601 | 912364 | 201500000003 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | SORING | MBC-601 | 912316 | 201500000004 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | SORING | MBC-601 | 912286 | 201500000005 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | SORING | MBC-601 | 912322 | 201500000006 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | ALSA | Excell 250 MCDS | 443-06/07 | 200800026235 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 6 | Unidad de electrocirugía de uso general | Alsa | Excell 250 MCDS | 3085-07/17 | 202100035321 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 7 | Unidad de electrocirugía de uso general | Alsa | Excell 250 MCDS | 3087-07/18 | 202100035322 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

PARTIDA 28

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MEDILUX 12 | 101061 | 201180002022 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MEDILUX 12 | 101071 | 201180002024 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150427 | 201580001254 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150428 | 201580001255 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160757 | 201680015303 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160756 | 201680015304 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160755 | 201680015305 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150427 | 201580001254 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150428 | 201580001255 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160760 | 201680013308 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160759 | 201680015306 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | Hund/Helmut | Medicus Plus | 1029761 | 201700021221 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 13 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | Hund/Helmut | Medicus Plus | 1030448 | 201700021222 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 29

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA (AUTOMÁTICO) | LEICA | RM2245 | 11308 | 201600030289 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 2 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA (AUTOMÁTICO) | LEICA | RM2245 | 11306 | 201600030288 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA | THERMO SCIENTIFIC | HISTOSTAR | HS5029A1607 | 201680010236 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS. | LEICA | TP1020 | 6926 | 201680010236 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN TIPO CRIOSTATO | LEICA | CM1520 | 839 | 201600030277 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 30

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MICROSCOPIO OFTALMOLÓGICO QUIRÚRGICO BÁSICO (EN OPERACIÓN) | LEICA | M220 F12 | 241214002 | 201600016874 | HGZ 2 CARDENAS | | | |

PARTIDA 31

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | REFRACTOR Y QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO | ODO | ODO 005KR | 1801805 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | REFRACTOR Y QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO | TOPCON | KR-8900 | 4372047 | 201580001253 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 32

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--------------------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO | CARL ZEISS | 840 | 840-15653 | 201780009543 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 33

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | LÁMPARA DE HENDIDURA CON FOTOGRAFÍA | TOPCON | SL-D701 + DC4 +BC5 | Z170787 | 201980002143 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | LÁMPARA DE HENDIDURA CON FOTOGRAFÍA | TOPCON | SL-D701 + DC4 +BC5 | Z170788 | 201980002144 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

PARTIDA 34

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFÍA | TOPCON | TRC-50DX | 9451608 | 201980002141 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 35

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | TONÓMETRO | CARL ZEISS | VISUPLAN 500 | 9703121964 | 201980001712 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 36

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA OFTALMOLÓGICA | OPTIKON | HI-SCANTOUCH | 474BH | 202080000714 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 37

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|----------|--|--|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE (CON GASTROSCOPIO, DUODENOSCOPIO Y COLONOSCOPIO) | FUJIFILM | EXP-4450HD EG530WR EC-530WL3 ED-530XT | 2V568G250 2S095G686 2G361K750 2D102K013 | 201600021661 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 38

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | COLPOSCOPIO | KARL KAPS | SOM 52 | 20054 | 201280002283 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | COLPOSCOPIO | KARL KAPS | SOM 52 | 20050 | 201180000881 | HGZ 02 CARDENAS | | | |

PARTIDA 39

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|------------|----------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ELECTROCARDIOGRAMA MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311907 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAMA MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07231918 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | ELECTROCARDIOGRAMA | ADVANCED | ECG-12C | 360777- | 20208003204 | HGZ 46 | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|
| | FO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | | | M1740196002 9 | 8 | VILLAHERMOS A | | | |
| 4 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLIONE | ECG 200S | 07311906 | 20198000170 3 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 5 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311904 | 20198000170 0 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 6 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311905 | 20198000170 1 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 7 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 07311909 | 20198000170 6 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 8 | ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | ECG 200S | 08011710 | 20180002262 7 | UMF21 PARAISO | | | |
| 9 | ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | EC62005 | 07311901 | 2018000169 9 | UMF18 TEAPA | | | |

PARTIDA 40

| NO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODEL O | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORT E |
|----|--|--------------|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCE | ECG-12C | 460049- M1591043000 1 | 20158000163 7 | UMF27 | | | |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | MALTVICK | MIRELLE | WME-MIR- 0212-0176 | 20170002620 4 | UMF48 | | | |
| 3 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCE D | ECG-12C | 460049- M1680279003 9 | 201700022412 | UMF47 | | | |
| 4 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCE D | ECG-12C | 460049- M1590516009 4 | 20158000166 4 | HGZ 46 VILLAHERMOS A | SE INCLUYE | | |
| 5 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | BTL | BTL-08- LT | 073T0B00181 3 | 20168003117 6 | UMF 20 FRONTERA | SE INCLUYE | | |

PARTIDA 41

| NO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODEL O | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORT E |
|----|-------------------|--------------|---------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034- M19C0647004 6 | 202080015659 | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 2 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034- M19C0647004 7 | 202080015660 | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 3 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034- M19C0647004 8 | 202080015661 | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 4 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034- M19C0647004 9 | 202080015662 | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 5 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034- M19C0647005 0 | 202080015663 | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 6 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034- M19C0648000 1 | 202080015664 | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 7 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034- M19C0648000 2 | 202080015665 | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|-----------|---------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 8 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034-M19C06480003 | 2020800156606 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034-M19C06480004 | 202080015667 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034-M19C06480005 | 202080015668 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | 560034-M19C06480006 | 202080015669 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | | 202080015670 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 13 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | | 202080015671 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 14 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | | 202080015673 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 15 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | | 202080015674 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |
| 16 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCE D | FM-3000 | | 202080015672 | HGZ 2 CÁRDENAS | | | |

PARTIDA 42

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|----------------------------------|-------------|--------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | SÁBANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE | IOB MEDICAL | 1505 | WU201906050EN | 201980006458 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | SÁBANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE | IOB MEDICAL | 1505 | WU201906057EN | 201980006457 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 43

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-----------------------------|-------|----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL | FUJI | FUJIFILM | MQ00012A7070 | 202180002025 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 43

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|---------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4156 | 201980003784 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4155 | 201980003785 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. EQUIPO DE | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4154 | 201980003786 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|--|--|--|
| | RAYOS X MÓVIL | | | | | | | | |
| 4 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4153 | 201980003787 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | Philips | Practix 360 | 2205675 | 201500005586 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 44

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. | Philips | Practix 360 | 2205675 | 201500005586 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 2 | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. | Philips | Practix 300 | 03.56.1067 | 200490020089 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 45

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|------------------------|-----------------|----------|--------------|-----|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | RINOLARINGOFIBROSCOPIO | RICHARD WOLF | 7223.001 | 1100564913 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 46

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-----------------|----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10681 | 20200004718 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10716 | 202000004720 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10677 | 202000004715 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10714 | 202000004716 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|----------|-------|--------------|------------------------|--|--|--|
| 5 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10671 | 202000004719 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10683 | 202000004714 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10685 | 20200004721 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10672 | 202000004717 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00545 | 201680015758 | UMF 05 SANTA ROSALIA | | | |
| 10 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Nihon Kohden | TEC-5631 | 01488 | 201800022628 | UMF 21 PARAISO | | | |
| 11 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00570 | 201680015760 | UMF 32 LA VENTA | | | |
| 12 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00596 | 201680015761 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | | | |
| 13 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00547 | 201680015766 | UMF 22 CUNDUACAN | | | |

PARTIDA 47

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|---------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN | PHILIPS | DFM100 | CN32644341 | 202080009717 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|--|--|--|
| | CON DEFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | | | | | | | | |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DEFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644314 | 202080009720 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DEFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644297 | 202080009718 | CAT | | | |
| 4 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DEFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644323 | 202080009719 | CAT | | | |
| 7 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DEFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Philips | Heartstart MRX | US00601209 | 201880037201 | UMF48 POMOCA | | | |
| 8 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DEFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Philips | HeartStart XL+ | USO11517496 | 201580001356 | UMF 14 20 DE NOVIEMBRE | | | |

PARTIDA 48

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|---------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DEFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011447 SN/11126627-3C | 201200009939 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DEFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011452 SN/11126621-3C | 201200009937 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DEFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011485 SN/11126625-13 | 201200009938 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 4 | DEFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | INNOMED | CARDIO AID 360B | 16206262 | 201680011196 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 51 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | GE | RESPONDER 2000 | 3203608 | 20110006103 | UMF38 | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PARTIDA 49

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------------------|-------------|---------------|------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023694119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023634119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100027774119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100052193319 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100027894119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100078413619 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100051474319 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023574119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023894119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100028104119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023674119 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOS A | | | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | (21)100051164319 | 201980007696 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | | | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100050974319 | | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 14 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | EN VISOR C HD | USD0801280 | | HGS 4 TENOSIQUE | Datos mal | | |
| 15 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100027934119 | | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 16 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100023754119 | | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 17 | MONITOR DE TEMPERATURA | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100023644119 | | HGS 4 TENOSIQUE | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | A | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|--------|--|--|--|
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | | 201980007685 | UMF 05 | | | |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | 100028114119 | 201980007727 | UMF 08 | | | |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | 100050944319 | 201980007728 | UMF 10 | | | |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | 100027784119 | 201980007686 | UMF 12 | | | |
| 22 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | 100093764719 | 201980007730 | UMF 13 | | | |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | 10023364019 | 202080025279 | UMF 14 | | | |
| 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | 10023364019 | 202080025279 | UMF 21 | | | |
| 25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | 2100050964319 | 201980007732 | UMF 20 | | | |
| 26 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | CSM75CT-B | 100023914119 | 201980007720 | UMF 48 | | | |
| 27 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | CSM75CT-B | 100023604119 | 201980007722 | UMF 48 | | | |
| 28 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | CSM75CT-B | 100023524119 | 201980007721 | UMF 48 | | | |
| 29 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCHALLYN | | 2110002782419 | | UMF 21 | | | |
| 30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | 100027904119 | 201980007737 | UMF 23 | | | |
| 31 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | 100027914119 | 201980007687 | UMF 45 | | | |
| 32 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | 100078463619 | 201980007689 | UMF 45 | | | |
| 33 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELLCH ALLYN | | SN(21)100051164319 | 201980007696 | UMF33 | | | |
| 34 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | | 201980007725 | UMF15 | | | |
| 35 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | | 901058 | 201980007690 | UMF18 | | | |
| 36 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | CORE | 0021167 | 201980007726 | UMF27 | | | |

PARTIDA 50

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------|----------|--------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-0816-1644 | 201800021022 | UMF 21 | | | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-0815-1643 | 201800021035 | UMF 21 | | | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-0816-1550 | 201700026205 | UMF 48 | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|--|
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-08-1549 | 201700026206 | UMF 48 | | | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Waltvick | Zafiro | WMM-0115-0956 | 201600007691 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Waltvick | Zafiro | WMM-0115-0955 | 201600007690 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1182 | 201600007705 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1184 | 201600007706 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0732 | 201400003657 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0733 | 201400003658 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0734 | 201400003660 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1183 | 201600007708 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1185 | 201600007704 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1180 | 201600007705 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1181 | 201600007706 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 51

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880363 | 202080009929 | CAT | | | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880364 | 202080009930 | CAT | | | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880365 | 202080009931 | CAT | | | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880366 | 202080009932 | CAT | | | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880367 | 202080009933 | CAT | | | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880368 | 202080009934 | CAT | | | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880369 | 202080009935 | CAT | | | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880370 | 202080009936 | CAT | | | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880371 | 202080009937 | CAT | | | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880372 | 202080009938 | CAT | | | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880158 | 202080004523 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880178 | 202080004524 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 13 | MONITOR DE | ADVANCED | PM-2000XL | 360080- | 202080004437 | HGZ 46 | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| | SIGNOS VITALES | | PLUS | M20408880138 | | VILLAHERMOSA | | | |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880156 | 202080004438 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880173 | 202080004439 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880157 | 202080004440 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880140 | 202080004441 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880134 | 202080004442 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880141 | 202080004443 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880142 | 202080004444 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880144 | 202080004445 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 22 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880149 | 202080004446 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880150 | 202080004447 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880177 | 202080004516 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880131 | 202080004517 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 26 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880137 | 202080004518 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 27 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880176 | 202080004519 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 28 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880155 | 202080004520 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 29 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880160 | 202080004521 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880175 | 202080004522 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 52

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---------------------------|---------|----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366575 | 202000006074 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366578 | 202000006063 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366581 | 202000006064 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356202 | 202000006065 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356203 | 202000006066 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356204 | 202000006067 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | MONITOR DE | PHILIPS | EFFICIA | CN92357825 | 202000006070 | HGZ 46 | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------|----------------|------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| | SIGNOS VITALES | | CM 120 | | | VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366570 | 202000006071 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366572 | 202000006072 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366574 | 202000006073 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356205 | 202000006068 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356206 | 202000006069 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366583 | 202000006076 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366580 | 202000006075 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4095 | 201880000589 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A5013 | 201880000588 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4727 | 201880000590 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A5130 | 201880000592 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4608 | 201880000593 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92344281 | 202000006061 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92344820 | 202000006062 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356201 | 202000006057 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366576 | 202000006058 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366582 | 202000006059 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366584 | 202000006060 | HGZ 02 CARDENAS | | | |

PARTIDA 53

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|----------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE | LUTECH | DATALYS 760 | K5200621009F | 202080032047 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE | LUTECH | DATALYS 760 | K5200621007F | 202080032046 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15383 | 201500006117 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15414 | 201500006112 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15084 | 201500006116 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15128 | 201500006115 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15459 | 201500006114 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15400 | 201500006113 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRASLADO | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC12364 | 201500006180 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2017LCM12001 | 201700022423 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2017LCM12002 | 201700022424 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--------|----------|--------------|--|--------------------|--|--|--|
| 14 | MONITOR SIGNOS VITALES | PLARRE | BSM-301K | 29836 - Z008 | | HGS 4 TENOSIQUE | | | |
|----|---------------------------|--------|----------|--------------|--|--------------------|--|--|--|

PARTIDA 53

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|----------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206986 | 201980005831 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206984 | 201980005832 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206966 | 201980005830 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 207029 | 201980005829 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206974 | 201980005833 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749509 | 201700022730 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749206 | 201700022731 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749507 | 201700022732 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 9 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212369 | 202080010881 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 10 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212348 | 202080010882 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 11 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212349 | 202080010883 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 12 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212347 | 202080010884 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 13 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212346 | 202080010885 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 14 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224961 | 202080010886 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------------|-------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| | COVID 19 | | | | | | | | |
| 15 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224972 | 202080010887 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 16 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224968 | 202080010888 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 17 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224967 | 202080010889 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 18 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212362 | 202080010890 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 19 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075942 | 202080010901 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 20 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075974 | 202080010902 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 21 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075914 | 202080010903 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 22 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075915 | 202080010904 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 23 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075908 | 202080010905 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 24 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075909 | 202080010906 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 25 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075930 | 202080010907 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|------------|------------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| | PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | | | | | | | | |
| 26 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075931 | 202080010908 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 27 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075816 | 202080010909 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 28 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075815 | 202080010910 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 30 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | LIFEE | LI-H+ | 2201107CBI288212 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 31 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | LIFEE | LI-H+ | 2001577CB0803 | 202080010189 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 32 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9498 | 201700030043 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 33 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9557 | 201700030047 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 34 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9537 | 201700030052 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 35 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9536 | 201700030046 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 36 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9555 | 201700030051 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 38 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9499 | 201700030044 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 38 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9504 | 201700030045 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------|------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| | DIFERENTES POSICIONES | | | | | | | | |
| 39 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9496 | 201700030049 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 40 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9547 | 201700030048 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 41 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9538 | 201700030050 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 54

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|-------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE STIM C-2777 | T6450 | 201500005959 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE STIM C-2777 | T6469 | 201500005960 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | ULTRASONIDO TERAPEÚTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C-2776 | T23875-T51604 | 201500005978 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | ULTRASONIDO TERAPEÚTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C-2776 | T23880-T51489 | 201500005979 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | ULTRASONIDO TERAPEÚTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C-2776 | T23875-T51160 | 201500005960 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 55

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|--------|---------|--------------|-----|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES | DAKRON | DF-2828 | 1200629 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES | DAKRON | DV-2825 | 0101003 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|---------|-----|---------------------|--|--|--|
| 3 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES | DAKRON | DF-2516H | 0101011 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES | METRON | S/M | S/N | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | TINA DE HUBBARD | FERNOLLE | 825-1 | 210223 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 6 | TINA HORIZONTAL | ARJO | SONATA (180420) | US0794 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 56

| NO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|----|--|------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SÓLIDO | CARL ZEISS | VISULAS GREEN | 1205667 | 201980001710 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 57

| NO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|----|---|-------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO | BTL | BTL-08-LT CARDIO POINT ERGO (E600) | 073-B-01344 | 201500003541 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 58

| NO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|----|--|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | SORVALL ST 16 CENTRIFUGE | LAB-TECH | THELMO SCIENTIFIC | 42542722 | 201980002684 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | | |
| 2 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS | HERMIE LABOR TECHN IK GMBH | Z 206 A | 60165056 | 201600014178 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | ESTUFA BACTERIOLOGICA | FELISA LAB-TECH | FE-B20 | 1608022 | 201600015553 | UMF 43 VILLAHERMOSA | | | |
| 5 | ESTUFA BACTERIOLOGICA | FELISA | 200205 | S/S | 201600015554 | HGZ 02 CARDENAS | | | |
| 6 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM | THERMO SCIENTIFIC | MEDIFUGUE 16 | 41999189 | 201680010235 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | CENTRIFUGA HORIZOM | ELITE-DRUCKER CO. | 755V-24 | | 1997005446 | HGS 4 TENOSIQUE | | | |

PARTIDA 59



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCENTRALADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCENTRALADA ESTATAL TABASCO

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|----------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | FIJODENT | SPECTRUM LOB | SPT10284-SPT7681 | 201500004986 | UMF 45 CÁRDENAS | | | |
| 2 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10018 | 201600016839 | UMF 47 VILLAHERMOSA | | | |
| 3 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10039 | 201600016840 | UMF 47 VILLAHERMOSA | | | |
| 4 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10067 | 201600016830 | UMF 18 TEAPA | | | |
| 6 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10058 | 201600016828 | UMF 39 VILLAHERMOSA | | | |
| 7 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10059 | 201600016856 | UMF 39 VILLAHERMOSA | | | |
| 8 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10042 | 201600016844 | UMF 43 VILLAHERMOSA | SE INCLUYE | | |
| 9 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10038 | 201600016846 | UMF 44 VILLAHERMOSA | SE INCLUYE | | |

PARTIDA 60

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|--|-------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA, CUBIERTA DESPLAZABLE EQUIPO DIGITAL. | OSKO | XR5 | LSS21709040 | 201700026727 | UMF 48 POMOCA | | | |

PARTIDA 61

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|--------------|----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES) | NIHON KOHDEN | MEB-9400 | 1586 | 201680042562 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |

PARTIDA 62

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL | ALOKA | PROSOUND A7 | 20003512 | 201100003557 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

PARTIDA 63

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|-------------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | ULTRASONÓGRAFO | ESAOTE | S/M | S/S | 201680010320 | HGZ-02 CARDENAS | | | |

NOTA: LAS PARTIDAS Y/O CANTIDAD DE EQUIPOS POR PARTIDA SON REFERENCIALES, SE ADJUDICARÁ EN FUNCIÓN AL PRESUPUESTO O MONTO MÁXIMO DICTAMINADO.

III. CANTIDAD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2 (Dos) servicios, a realizarse semestral, conforme a la Rutina de Mantenimiento Preventivo, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Servicio del Fabricante.

3

IV. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

4

| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | | | |
|---|-------------|------------------------|----------|
| Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco. | | | |
| PARTI-DA | 4.1 | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | 4.2 |
| | | MARCA | 4.3 |
| | | MODELO | 4.4 |
| RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Que incluya: 1. Actividades a realizar, 2. kit de mantenimiento y/o componentes a reemplazar, 3. Ajustes, calibraciones y pruebas) | | | |
| 4.5 | | | |
| COMPLEMENTOS DEL MANTENIMIENTO (Incluido dentro del servicio, a realizarse en una sola exhibición, durante la vigencia del contrato) | | | |
| 4.6 | | | |
| KIT DE PRUEBA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluido dentro del servicio, a suministrarse en una exhibición) | | | |
| No. | Descripción | | Cantidad |
| | | | Unidad |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| |
|---|
| EQUIPO DE MEDICIÓN Y/O PRUEBA (Incluir marca, modelo, número de serie, certificado de calibración y fecha) |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4.8</div> |
| RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (Incluir nombre completo y cargo) |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4.9</div> |
| DATOS DE CONTACTO PARA REPORTES O SOLICITUDES DE SERVICIO (Incluir domicilio de la empresa, sucursales y centros de servicio, números telefónicos y correo electrónico) |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4.10</div> |

V. COMPLEMENTOS DEL MANTENIMIENTO Y KIT DE PRUEBA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--------|-------------|----------|--------|---|-------------------------------|---|-----|---|--------------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|--|---|-----|--|--|
| 1 a 6 | 1. Sustitución de batería de respaldo (para las incubadoras de traslado). 2. Sustitución de colchón radiotransparente con cubierta lavable e impermeable. 3. Sustitución de barandales completos (en caso de encontrarse dañados) 4. Sustitución de componentes del capacete (puertas, mangas, acrílicos) en caso de requerirse. 5. Sustitución de elemento calefactor (en caso de requerirse) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Sensor de temperatura de piel</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Lámparas de auscultación</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Lámparas de fototerapia (para las marcas y modelos que aplique)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Sensor de oxígeno (para incubadora Atom)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>jgo</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Sensor de temperatura de piel | 2 | pza | 2 | Lámparas de auscultación | 1 | jgo | 3 | Lámparas de fototerapia (para las marcas y modelos que aplique) | 1 | jgo | 4 | Sensor de oxígeno (para incubadora Atom) | 1 | jgo | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sensor de temperatura de piel | 2 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lámparas de auscultación | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Lámparas de fototerapia (para las marcas y modelos que aplique) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sensor de oxígeno (para incubadora Atom) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------|-------------|----------|--------|---|---|---|-----|---|---------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|--------------------------------|---|-----|---|--|---|-----|---|--------------------------------------|---|-----|---|--|---|-----|
| 7 a 9 | <ol style="list-style-type: none"> Desincrustado de resistencias del generador. Reemplazo de junta o empaque para generador. Reemplazo de cableado, terminales y/o componentes eléctricos que se requieran. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Garrafa de agua destilada (para esterilizadores de mesa y dental)</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Empaque para puerta</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Diafragma de puerta</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Empaque de diafragma de puerta</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Banco de resistencias (de acuerdo a la marca y modelo)</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Válvulas de seguridad</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Garrafa de agua destilada (para esterilizadores de mesa y dental) | 1 | pza | 2 | Empaque para puerta | 1 | pza | 3 | Diafragma de puerta | 1 | pza | 4 | Empaque de diafragma de puerta | 1 | pza | 5 | Banco de resistencias (de acuerdo a la marca y modelo) | 1 | jgo | 6 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Garrafa de agua destilada (para esterilizadores de mesa y dental) | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Empaque para puerta | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Diafragma de puerta | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Empaque de diafragma de puerta | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Banco de resistencias (de acuerdo a la marca y modelo) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <ol style="list-style-type: none"> Prueba de seguridad eléctrica. Verificación y/o recarga de software. Tests y Calibración de sensores de flujo y válvulas del sistema de respiración Reemplazo de filtros de fan. Reemplazo del kit de mantenimiento: Juego de Ó'rings para puertos de vaporizadores, Free breathing flapper valve (Para Unidades de Anestesia General Electric) Free breathing flapper valve O'ring (Para Unidades de Anestesia General Electric), Batería de backup (para memoria de configuraciones). Brazo para ventilación manual con manguera y codo (Para Unidades de Anestesia General Electric) en caso de requerirse Reemplazo de fuelle Reemplazo de válvula APL en caso de requerirse. Calibración de módulos de PANI, Capnografía y Espirometría/gases del monitor de signos vitales | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Baterías de respaldo de energía</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sensores de flujo</td> <td>2</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cables de paciente (ECG de 5 puntas, SpO2, manguera de PANI con brazaletes)</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por cada equipo, en cada servicio de acuerdo al calendario de mantenimiento.</p> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Baterías de respaldo de energía | 1 | jgo | 2 | Sensores de flujo | 2 | pza | 3 | Cables de paciente (ECG de 5 puntas, SpO2, manguera de PANI con brazaletes) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Baterías de respaldo de energía | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sensores de flujo | 2 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cables de paciente (ECG de 5 puntas, SpO2, manguera de PANI con brazaletes) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | No aplica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 a 20 | <ol style="list-style-type: none"> Prueba de seguridad eléctrica. Brazo de soporte del circuito (En caso de requerirse). Verificación de su correcto funcionamiento del humidificador. Sensor de temperatura dual para humidificador (de acuerdo a marca y modelo) <p>Por cada equipo y en cada uno de los servicios que se presenten en el calendario de mantenimiento.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batería de respaldo</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sensor de oxígeno</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sensor de flujo</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Válvula de exhalación</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Diafragma de la válvula de exhalación</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Válvula Inspiratoria (Para Smart NG)</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Circuito de ventilación activo con válvula de exhalación de 22 milímetros (para Philips Trilogy)</td> <td>1</td> <td>pqt</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Batería de respaldo | 1 | pza | 2 | Sensor de oxígeno | 1 | pza | 3 | Sensor de flujo | 1 | pza | 4 | Válvula de exhalación | 1 | pza | 5 | Diafragma de la válvula de exhalación | 1 | pza | 6 | Válvula Inspiratoria (Para Smart NG) | 1 | pza | 7 | Circuito de ventilación activo con válvula de exhalación de 22 milímetros (para Philips Trilogy) | 1 | pqt |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Batería de respaldo | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sensor de oxígeno | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sensor de flujo | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Válvula de exhalación | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Diafragma de la válvula de exhalación | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Válvula Inspiratoria (Para Smart NG) | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Circuito de ventilación activo con válvula de exhalación de 22 milímetros (para Philips Trilogy) | 1 | pqt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 a 25 | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Partida | Complemento del mantenimiento | Kit de prueba y correcto funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------|-------------|----------|--------|---|---|---|-------|---|-----------------------------------|---|-----|---|---|---|------|---|--------------------------------------|----|-----|
| | 1. Verificar el estado de los cilindros hidráulicos. Sustituir en caso de requerirse. 2. Cambio de la cubierta de la columna y/o fuelle flexible en caso de requerirse 3. Verificar el estado del panel de control y control alámbrico. Sustituir en caso de requerirse. 5. Pruebas de seguridad eléctrica. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Control remoto de posiciones de mesas quirúrgicas</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Por equipo en caso de requerirse.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Control remoto de posiciones de mesas quirúrgicas | 1 | pza | | Por equipo en caso de requerirse. | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Control remoto de posiciones de mesas quirúrgicas | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Por equipo en caso de requerirse. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 a 27 | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 a 30 | 1. Limpieza de trampas de vapor 2. Limpieza de filtros 3. Restablecer ciclos y horas de servicio. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Empaque para puertas</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Válvulas de seguridad</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Válvulas solenoides (en caso de requerirse)</td> <td>1</td> <td>jgo</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Papel térmico (paquete de 20 piezas)</td> <td>10</td> <td>pqt</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Empaque para puertas | 1 | jgo | 2 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | 3 | Válvulas solenoides (en caso de requerirse) | 1 | jgo | 4 | Papel térmico (paquete de 20 piezas) | 10 | pqt |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Empaque para puertas | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Válvulas de seguridad | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Válvulas solenoides (en caso de requerirse) | 1 | jgo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Papel térmico (paquete de 20 piezas) | 10 | pqt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 a 31 | 1. Pruebas de seguridad eléctrica y de RF. 2. Calibración de potencia de corte y coagulación. 3. Verificación del funcionamiento del pedal de corte y coagulación. Sustituir en caso de ser requerido. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cable para placa de retorno</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Placa de retorno reusable</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pedales de corte y coagulación.</td> <td>1</td> <td>Pza.</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Cable para placa de retorno | 1 | pza | 2 | Placa de retorno reusable | 1 | pza | 3 | Pedales de corte y coagulación. | 1 | Pza. | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cable para placa de retorno | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Placa de retorno reusable | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pedales de corte y coagulación. | 1 | Pza. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1. Revisión del nivel de aceite. Rellenar en caso de ser requerido. 2. Verificar el estado de los cilindros hidráulicos. Sustituir en caso de requerirse. 3. Cambio de la cubierta de la columna y/o fuelle flexible en caso de requerirse 4. Verificar el estado del panel de control y control alámbrico. Sustituir en caso de requerirse. 5. Pruebas de seguridad eléctrica. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batería de respaldo</td> <td>1</td> <td>juego</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Batería de respaldo | 1 | juego | | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Batería de respaldo | 1 | juego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1. Suministro de objetivos en caso de requerirse. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Foco para fuente de luz (de acuerdo a marca y modelo)</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Foco para fuente de luz (de acuerdo a marca y modelo) | 1 | pza | | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Foco para fuente de luz (de acuerdo a marca y modelo) | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 a 41 | No aplica | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 a 43 | 1. Pruebas de seguridad eléctrica y de RF. 2. Calibración de potencia de corte y coagulación. 3. Verificación del funcionamiento del pedal de corte y coagulación. Sustituir en caso de ser requerido. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cable para placa de retorno</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Placa de retorno reusable</td> <td>1</td> <td>pza</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Descripción | Cantidad | Unidad | 1 | Cable para placa de retorno | 1 | pza | 2 | Placa de retorno reusable | 1 | pza | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cable para placa de retorno | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Placa de retorno reusable | 1 | pza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 y 63 | No aplica | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

Instructivo de llenado del Anexo Número 1 (Uno)

| Número | Concepto | Instrucción a seguir |
|--------|--|---|
| 1 | Descripción del servicio | El licitante deberá colocar la descripción del servicio solicitado. |
| 2 | Descripción de los equipos a los que se les otorgará el servicio | El licitante deberá colocar la información únicamente las partidas para las cuales oferta el servicio. |
| 3 | Cantidad de servicios de mantenimiento preventivo | El licitante deberá considerar la cantidad de servicios a realizar, conforme a las indicaciones del fabricante, de acuerdo a la partida(s) para la(s) cual(es) oferta el servicio. |
| 4 | Rutina de mantenimiento preventivo | El licitante deberá describir de forma amplia y detallada la rutina de mantenimiento preventivo, que conste en el manual del fabricante para cada partida para la cual oferte sus servicios. |
| 4.1 | Partida | Número de partida para la que oferte el servicio. |
| 4.2 | Descripción del equipo | Descripción del equipo para el que oferte el servicio. |
| 4.3 | Marca | Marca del equipo para el que oferte el servicio |
| 4.4 | Modelo | Modelo del equipo para el que oferte el servicio. |
| 4.5 | Rutina de mantenimiento preventivo | El licitante deberá describir la rutina de mantenimiento (que conste con el manual del fabricante, para lo cual deberá referenciar los puntos que integran la misma). Dicha rutina deberá incluir al menos: 1. Actividades a realizar, 2. Kit de mantenimiento y/o componentes a reemplazar, 3. Ajustes, calibraciones y pruebas |
| 4.6 | Complementos del mantenimiento | El licitante deberá incluir en el formato, los complementos del mantenimiento enlistados en el numeral V. Del Anexo Número 1 (Uno), que corresponda a la partida ofertada. |
| 4.7 | Kit de prueba y correcto funcionamiento | El licitante deberá incluir en el formato, el kit de prueba y correcto funcionamiento enlistado en el numeral V. Del Anexo Número 1 (Uno), que corresponda a la partida ofertada. |
| 4.8 | Equipo de medición y/o prueba | El licitante deberá enlistar el equipo de medición y/o prueba a utilizar durante el mantenimiento. Deberá incluir marca, modelo, número de serie, certificado de calibración y fecha. |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | | |
|------|---|---|
| 4.9 | Responsable de la ejecución del servicio. | El licitante deberá enlistar el (los) responsable(s) de la ejecución de los servicios, quienes serán a los que se les autorizará el acceso a las instalaciones y validarán los trabajos realizados. |
| 4.10 | Datos de contacto para reportes o solicitudes de servicio | El licitante deberá colocar los datos de contacto para efectos de la prestación del servicio, reportes o solicitudes por parte del Instituto. |

**ANEXO NUMERO 1A (UNO A)
CALENDARIO DE SERVICIOS Y DOMICILIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS**

CALENDARIO DE SERVICIOS

| PARTIDA | PRIMER SERVICIO | SEGUNDO SERVICIO |
|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Todas las partidas | 01 al 31 de enero 2024 | 01 al 30 de Junio 2024 |

DOMICILIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS

| ZONA | UNIDAD MEDICA | DOMICILIO | NOMBRE Y TELEFONO DE JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD |
|-------------|----------------------|------------------|--|
|-------------|----------------------|------------------|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1 | Hospital General de Zona No. 46 | Av. Universidad S/N, Col. Casa Blanca C.P. 86060, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez Tel. 9932171585 |
| 2 | Hospital General de Zona No. 2 | Av. Francisco Trujillo Gurría S/N Esq. Carretera Circuito Del Golfo, Col. Pueblo Nuevo. C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco. Ing. Gabriel Jesús Jiménez Lázaro Tel. 9371054543 | Ing. Gabriel Jesús Jiménez Lázaro Tel. 9371054543 |
| 3 | UMF 03 Tacotalpa | Sebastian Lerdo De Tejada S/N, C.P. 86870, Tacotalpa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 4 | UMF 05 Santa Rosalia | Carretera La Chontalpa S/N, C.P. 86470, Ingenio Santa Rosalía, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 5 | UMF 07 Plutarco E. Calles | Calle 4 S/N Poblado C-14 , Plutarco Elias Calles C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 6 | UMF 08 E. Zapata | Poblado C-16 Emiliano Zapata Entre Calle 9 Y 4 Frente A La Esc. Primaria , C.P. 86630, Cárdenas, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 7 | UMF 09 Benito Juarez | Ingenio Benito Juárez Poblado C- 27, Centro, C.P. 86480, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 8 | UMF 10 Vicente Guerrero | Poblado C-29, Vicente Guerrero C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 9 | UMF 11 Comalcalco | Puerto Ceibas 388 Carretera Federal A Paraíso, Col. Centro C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 10 | UMF 12 Pedro C. Colorado | Poblado C-26, Pedro C. Colorado C.P. 86421, C.P. 86421, Huimanguillo, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 11 | UMF 13 Francisco Villa | Poblado C-31, Francisco Villa C.P. 86500, Huimanguillo, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 12 | UMF 14 20 De Noviembre | Dom. Conocido, C.P. 86500, Poblado C-33 20 De Noviembre, Huimanguillo, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 13 | UMF 21 Paraíso | Carretera Paraíso-Comalcalco Km 1, C.P. 86600, Paraíso, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 14 | UMF 23 Huimanguillo | Prolong. Hidalgo S/N Y Arroyo Del Chiflón, Centro C.P. 86400, C.P. 86400, Huimanguillo, Tabasco, | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 15 | UMF 45 Cárdenas | Leandro Adriano Esq. Sánchez Magallanes 201, C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 16 | UMF 25 Sánchez Magallanes | Benito Juárez 249, Col. Centro C.P. 86460, Sánchez Magallanes, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 17 | UMF 41 Benito Juarez | Poblado C-21 Benito Juárez Entre Calle 3 Y 4, C.P. 86480, Cárdenas, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 18 | UMF 32 La Venta | Vicente Guerrero S/N, Col. Rovirosa C.P. 86410, La Venta, Huimanguillo, Tabasco. | Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia Tel. 9932109471 |
| 19 | UMF 43 Villahermosa | Av. César A. Sandino 102, Col. Primero De Mayo C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco. | Ing. José Dalaias Rosique Marín Tel. 9932092334 |
| 20 | UMF 22 Cunduacán | Sánchez Mármol 45 Esq. Zaragoza, Col. Centro C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 21 | UMF 26 Jalpa De Méndez | Constitución 84, Col. Centro C.P. 86200, Jalpa de Mendez, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| | | | |
|----|------------------------|---|--|
| 22 | UMF 15 Cd. Pemex | Lázaro Cárdenas 119, Col. Centro C.P. 86720, Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 23 | UMF 39 Villahermosa | Prolong. I. Zaragoza Esquina Carmen Cadena De Buendía 102, Col. Nueva Villahermosa C.P. 86070, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 24 | UMF 44 Villahermosa | Av. 16 Septiembre S/N Y Andrés García, Col. Primero De Mayo C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 25 | UMF 18 Teapa | Bld. Francisco Trujillo Esquina Felix Palavicini, Col. Centro C.P. 86800, Teapa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 26 | UMF 20 Frontera | José Ma. Pino Suárez Y Mariano Escobedo S/N, Col. Centro C.P. 86750, Frontera, Centla, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 27 | UMF 27 Macuspana | Bld. Roviroza S/N , Col. Centro C.P. 86700, Macuspana, Tabasco, | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 28 | UMF 38 Villahermosa | Calle Paraíso S/N Boulevard Del Centro, Fracc. Electricistas C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 29 | UMF 48 Pomoca | Lote área verde 15, Av. Paseo del Jaguar, Sector 2, Zona 7, Fracc. Pomoca, R/A Saloya 2ª Sección, C.P. 86247, Nacajuca, Tabasco. | Ing. Luis Ángel Garcia Magaña Tel. 9931655020 |
| 30 | HGSZ MF 4 Tenosique | Calle 20 S/N , Centro C.P. 86900, Tenosique, Tabasco | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |
| 31 | UMF 30 Jonuta | Agrarista Y Manuel Evia S/N, Col. Centro C.P. 86780, Jonuta, Tabasco. | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

| | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 32 | UMF 33 Emiliano Zapata | Prolong. Camino Ganadero S/N, Col. El Otoño C.P. 86980, Emiliano Zapara, Tabasco, | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |
| 33 | UMF 36 Balancán | Periférico Y Benito Juárez S/N, Col. Las Flores C.P. 86930, Balancán, Tabasco. | Ing. Luis Jesus Rivera Zurita Tel. 9932788909 |
| 34 | UMF 47 Villahermosa | Arco Poniente Del Periférico S/N, Col. Casa Blanca 86060, Villahermosa, Tabasco. | Ing. Iván de Jesús Ábalos Gómez Tel. 9371474467 |

**ANEXO NUMERO 2 (DOS)
ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO



Orden y Entrega de Servicio

Delegación Estatal Tabasco
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Departamento de Conservación y Servicios Generales
 Oficina de Conservación Delegacional
 Jefatura de Conservación de Unidad



| Identificación de la Unidad | | Identificación del Equipo, Sistema o Instalación | | Número de Orden: | |
|-----------------------------|----|--|--|------------------|-------------------|
| Delegación: | 28 | Nombre: | | | Origen: |
| Unidad: | | ID: | | | |
| Clave de la Unidad: | | Ubicación Física: | | | Fecha de Emisión: |
| JCU: | | | | | Elaboró: |

| Técnico o Empresa | Condiciones en que se encontró |
|-------------------|--------------------------------|
| | |



| Partida | Especialidad | Subespecialidad | Tiempo de Ejecución | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|--|--------------|--|-------------|--|
| | | | Hora Inicio | | Hora Término | | Tiempo Real | |
| Descripción Completa del Servicio | | | Materiales y Refacciones Empleados | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Condición final de funcionamiento | Recomendaciones |
|-----------------------------------|-----------------|
| | |

| Entrega del Servicio | Nombre: | Recibe de Conformidad | Nombre: | Fecha Entrega |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | No. Matrícula o Contrato | | No. Matrícula: | |
| | Firma: | | Firma: | |




ANEXO NUMERO 3 (TRES)
 BITÁCORA DE SERVICIO

Bitácora de Servicio Equipo y Mobiliario

Dirección de Administración
 Unidad de Administración
 Coordinación de Conservación y Servicios Generales
 Coordinación Técnica de Conservación y Servicios
 Complementarios
 División de Conservación



Fecha de Apertura 1

| Identificación de la Unidad | | Identificación del Equipo, Sistema o Instalación | |
|-----------------------------|---|--|--|
| Delegación: | 2 | Nombre: | 8 |
| Entidad: | 3 | Marca: | 9 |
| Municipio: | 4 | Modelo: | 10 |
| Tipo de Unidad: | 5 | Serie: | 11 |
| Unidad: | 6 | Inventario: | 12 |
| Clave Presupuestal: | 7 | ID del Equipo: | 13 |
| | | Ubicación Física: | 14 |
| | | Fecha de fabricación o construcción: | 15 |
| | | Fecha de Instalación: | 16 |
| | | Especialidad: | 17 |
| | | Subespecialidad: | 18 |

| Núm | Fecha | Notas | Responsable |
|--|--|--|--|
| 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



**ANEXO NUMERO 4 (CUATRO)
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA**

| Criterios de "Evaluación Técnico-Administrativa" | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Rubro | Documento para acreditar los aspectos a evaluar | Criterio | Puntos a otorgar |
| 1. Capacidad del licitante. (Hasta 24 puntos) | 1.1 Capacidad de Recursos Humanos Para acreditar este rubro, el licitante deberá presentar la cantidad y capacidad de los Ingenieros de Servicio responsables de la ejecución de los servicios, debiendo ser Ingenieros Biomédicos y/o afines, para lo cual debe presentar por cada uno lo siguiente: - Copia del título y cédula profesional. - Certificado por parte del fabricante de los bienes o filial en el territorio nacional en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, con fecha de expedición no mayor a 3 años de la fecha del procedimiento de contratación - Al menos 5 órdenes de servicio, recibidas a entera satisfacción. | a) Si cuenta con 5 o más Ingenieros de Servicio debidamente acreditados, se le otorgará 12 puntos b) Si cuenta con 2 a 4 Ingenieros de Servicio debidamente acreditados, se le otorgará 6 puntos c) Si cuenta con un Ingeniero de Servicio debidamente acreditado, se le otorgará 2 puntos. | Hasta 12 puntos |
| | 1.2 Equipamiento e infraestructura Para acreditar este rubro, el licitante cuantificará las sucursales y/o centros de servicios mismos que deberán estar debidamente identificados en el curriculum del licitante, que deberá acompañar su propuesta técnica para efecto de su cotejo y verificación para este subrubro. Así mismo, el equipo especializado de medición y/o prueba para la ejecución de los servicios, acompañado de su certificado de calibración vigente. | a) Si acredita más de dos sucursales y/o centros de servicio y el equipo especializado, se le otorgarán, 6 puntos. b) Si acredita una sucursal y/o centro de servicio y el equipo especializado, se le otorgarán, 3 puntos. c) Si acredita únicamente el equipo especializado, se le otorgará, 2 puntos. | Hasta 6 puntos |
| | 1.3 Recursos Económicos Para acreditar este rubro, deberá presentar la Última Declaración Fiscal Anual presentada, del año inmediato anterior al año en curso y la Última Declaración Fiscal Provisional del Impuesto sobre la Renta (ISR) presentada al día 17 del mes inmediato anterior a la fecha programada para el acto de presentación de proposiciones, debiendo acreditar que cuenta con el capital contable por al menos el 40% del presupuesto máximo del servicio ofertado. | a) Si presenta la Última Declaración Fiscal Anual y la Última Declaración Fiscal Provisional del Impuesto sobre la Renta (ISR), se le otorgará, 4 puntos. b) Si presente solo una de las dos declaraciones solicitadas o no presenta las Declaraciones solicitadas se le otorgará, 0 puntos. | Hasta 4 puntos |
| | 1.4 Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad Para acreditar que cuenta con Personal con discapacidad , deberá presentar el Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social cuya antigüedad no sea inferior a seis meses anteriores a la fecha de presentación de proposiciones. | a) De acreditar que cuenta con personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados., en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP, se le otorgará, 0.6 puntos. b) En caso de no acreditar el punto anterior, se le otorgará, 0 puntos. | Hasta 0.6 puntos |
| | 1.5 Participación de MIPYMES en innovación tecnológica Para acreditar que el licitante es MIPYME en innovación tecnológica, deberá presentar Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social cuya | a) En caso de que se acredite que el licitante es MIPYME, y que produzca bienes de alta innovación tecnológica, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP, se le otorgará, 0.6 puntos. b) En caso de no acreditar el punto anterior, | Hasta 0.6 puntos |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
 DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

| Criterios de "Evaluación Técnico – Administrativa" | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Rubro | Documento para acreditar los aspectos a evaluar | Criterio | Puntos a otorgar |
| | antigüedad no sea inferior a seis meses anteriores a la fecha de presentación de proposiciones. Los licitantes deberán acreditar haber producido bienes para la prestación del servicio objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | se le otorgará, 0 puntos . | |
| | <p>1.6 Políticas y prácticas de igualdad de género.</p> <p>Para acreditar este rubro, el licitante deberá presentar Certificado emitido por autoridad y organismo facultado, que acredite que el licitante cuenta con la certificación de haber aplicado Políticas y Prácticas de igualdad de género, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> | <p>a) En caso de que se acredite que el licitante cuenta con Certificados emitidos por autoridad competente de haber aplicado Políticas y Prácticas de igualdad de género, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP, se le otorgará, 0.6 puntos.</p> <p>b) En caso de no acreditar el punto anterior, se le otorgará, 0 puntos.</p> | Hasta 0.8 puntos |
| <p>2. Experiencia y especialidad del licitante</p> <p>(Hasta 18 puntos)</p> | <p>2.1 Experiencia</p> <p>Se refiere al otorgamiento de puntos en función del tiempo en que los licitantes han otorgado servicios de la misma naturaleza, características específicas y/o cantidades y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación.</p> <p>Para acreditar la experiencia, la convocante verificará con la copia simple de los contrato(s) o pedido(s) presentado(s), y cuantificará el tiempo en años en que el licitante ha otorgado servicios a dependencias y/o instituciones o particulares a equipos de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación.</p> <p>Nota: Solo se contabilizarán los años de los contratos que hayan sido considerados en el Subrubro de Especialidad.</p> | <p>El número mínimo requerido de contratos y/o pedidos formalizados, es de 1 (uno) por año en el periodo comprendido del 2016 al 2020, en donde:</p> <p>a) Cero contratos y /o pedidos presentados o los presentados no acreditan años de experiencia y/o no corresponden a lo solicitado por la convocante, se le otorgará, 0 puntos</p> <p>b) De uno a dos años de experiencia, se le otorgará, 2 puntos</p> <p>c) De tres a cuatro años de experiencia, se le otorgará, 5 puntos</p> <p>d) De cinco años en adelante de experiencia, se le otorgará, 9 puntos.</p> <p>Se aclara que los contratos y/o pedidos de un mismo año no acumulan experiencia, por lo que en caso de presentar 2 contratos de un mismo año, sólo se contabilizará para este subrubro, un sólo año. De igual forma si presenta contratos plurianuales en los que se repita el año de otro de los contratos y/o pedidos presentados.</p> | Hasta 9 puntos |
| | <p>2.2 Especialidad</p> <p>Se refiere al otorgamiento de puntos en función de la verificación de que los servicios de los contratos y/o pedidos presentados en el subrubro anterior (2.1 Experiencia), sean de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación.</p> <p>Para acreditar la especialidad, la convocante cuantificará con el número de contratos o pedidos presentados, en los que se verifique que el licitante ha suministrado a cualquier dependencia y/o institución y/o</p> | <p>El número mínimo requerido de contratos o pedidos es de un (1) y el número máximo es de nueve (9), en el periodo comprendido del 2016 al 2020, en donde:</p> <p>a) 0 contratos y /o pedidos presentados, o los presentados no acreditan la especialidad y/o no corresponden a lo solicitado por la convocante, se le otorgará, 0 puntos.</p> <p>b) Uno a tres contratos y o pedido formalizado, se le otorgará, 2 puntos.</p> | Hasta 9 puntos |



| Criterios de "Evaluación Técnico – Administrativa" | | | |
|---|--|---|------------------------|
| Rubro | Documento para acreditar los aspectos a evaluar | Criterio | Puntos a otorgar |
| | particular, servicios a equipos de la misma naturaleza, características específicas y/o a cantidades y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. | <p>c) Cuatro a siete contratos y/o pedidos formalizados, se le otorgará, 5 puntos.</p> <p>d) Siete a nueve contratos y/o pedidos formalizados, se le otorgará, 9 puntos.</p> | |
| 3. Cumplimiento de contratos y/o pedidos (Hasta 12 puntos) | <p>3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos</p> <p>Se refiere al otorgamiento de puntos en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros de "Experiencia y Especialidad del Licitante".</p> <p>Para acreditar el cumplimiento de los contratos, la convocante cuantificará la cantidad de contratos y/o pedidos cumplidos presentados en los rubros de "Experiencia y Especialidad del Licitante", mediante los documentos siguientes:</p> <p>Con Dependencias y/o Instituciones Públicas:</p> <p>a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante", se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas,</p> <p>o</p> <p>b) Escrito de Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro "Experiencia y Especialidad del Licitante",</p> <p>O en el caso de ser con Instituciones Privadas:</p> <p>a) Factura legible de los servicios otorgados, (pudiendo ocultar los precios) debidamente acreditadas por el cliente, acompañada por las órdenes de los servicios realizados.</p> | <p>Para todos los casos, el número mínimo requerido de documentos que comprueben el cumplimiento de los contratos o pedidos es uno (1) y el número máximo es de cinco (5), en el periodo comprendido del 2016 al 2020, en donde:</p> <p>a) Cumplimiento de ningún contrato y/o pedido se le otorgará, 0 puntos.</p> <p>b) Cumplimiento de 1 contrato y/o pedido, se le otorgará, 4 puntos.</p> <p>c) Cumplimiento de 2 contratos y/o pedidos, se le otorgará, 8 puntos.</p> <p>d) Cumplimiento de 3 a 5 contratos y/o pedidos, se le otorgará, 12 puntos.</p> | Hasta 12 puntos |
| 4. Plan de trabajo (Hasta 6 puntos) | 4.1 Metodología y plan de trabajo | <p>a) Presenta la carta compromiso conforme a lo estipulado en el Anexo Número 1 (Uno), se le otorgarán, 4 puntos.</p> <p>b) No presenta la carta compromiso conforme a lo estipulado en el Anexo Número 1 (Uno), se le otorgarán, 0 puntos.</p> | Hasta 3 puntos |
| | 4.2 Esquema estructural de la organización de los recursos humanos | <p>a) Presenta el organigrama de la empresa, se le otorgarán, 3 puntos.</p> <p>b) No presenta el organigrama de la empresa, se le otorgarán, 0 puntos.</p> | Hasta 3 puntos |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

La información que acredite el cumplimiento de los rubros de “Experiencia y Especialidad del Licitante” y “Cumplimiento de Contratos”, deberá enviarse escaneada y legible, asimismo, deberá contener en cada contrato o pedido la siguiente información:

- a) Nombre del licitante.
- b) Nombre de la dependencia o institución (pública o privada) con la que suscribió el contrato y/o pedido.
- c) Descripción detallada de los bienes adjudicados.
- d) Fecha de formalización del contrato y/o pedido.
- e) El contrato y/o pedido deberá estar debidamente formalizado (es decir, con firmas) por el personal de la dependencia o institución (pública o privada) y por el representante de la empresa.

En caso de que la información contenida en los contratos y/o pedidos no incluya la información anteriormente señalada o ésta sea ilegible, no serán tomados en cuenta y en consecuencia no se les otorgará puntaje.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO**

ANEXO 5 (Cinco)

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

“El presupuesto definitivo a ejercer, está sujeto a la aprobación de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación, queda sujeta para fines de ejecución y pago a la Disponibilidad Presupuestaria con la que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio 2021 se apruebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000009148 - 2022

Dependencia Solicitante: 20028 Delegación Tabasco
000 División de Conservación
28610023 OFINAS DELEGACIONALES

Descripción:

Servicio: O. ED. MED. ELECTRONICA

Fecha Impresión: 25/11/2022

Fecha Validación: 25/11/2022

Total Comprometido (en pesos): \$ 12,879,000.00
Cuenta: 42002908 Partida presupuestaria: 35401
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrume

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Milenium, por lo que al monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 48 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 9^o, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.19 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTAMIL PESOS 00/100 MN \$ 12,879,000.00

DR. PEDRO SANCHEZ ASCENCIO

Actura

TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO
DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, **TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato)**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: **A)** QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; **B)** QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE **DIEZ MESES**, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; **C)** QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; **D)** QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; **E)** QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; **F)** QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; **G)** QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Número de Registro PREI
CCON242825080018

ANEXO 03 (TRES) ACTA DE FALLO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

ANTECEDENTES

Que el procedimiento de Licitación Pública Nacional Numero LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, deriva de la solicitud expresa mediante memorándum No. 289001140100/1408/2023, de fecha 06 de noviembre de 2023, firmado por el Ing. Birmar Vázquez Camacho, Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos no comprometidos en la partida presupuestal número 42062508, según Dictamen de Disponibilidad Presupuestal No. 0000010698-2024 de fecha 09 de octubre de 2023, emitido por la Jefatura de Servicios Administrativos.

Con fecha 02 de enero de 2024, se publicó la convocatoria en la Plataforma Integral Compranet y en el Diario Oficial de la Federación.

El día 05 de enero de 2024 a las 09:30 horas, se procedió a verificar si alguna persona física o Moral había depositado solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación a través del Sistema de Información Pública Gubernamental (CompraNet 2023), de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de las bases a la Convocatoria, que rige este procedimiento, mismo que reportó que se encontraron preguntas, de los siguientes licitantes:

| NO. | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE DEPOSITARON EN COMPRANET SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA Y QUE SE IMPRIMIERON EN ESTE ACTO | NO. PREGUNTAS |
|-----|--|---------------|
| 1 | CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 5 |
| 2 | SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO SA DE CV | 1 |
| 3 | ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV | 1 |
| 4 | CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV | 4 |
| 5 | QUIMICA PRAVAZ SA DE CV | 3 |
| 6 | AMC BIOMEDICAL SA DE CV | 2 |
| 7 | INELBIO SA DE CV | 2 |
| 8 | QUIMICA PRAVAZ SA DE CV | 2 |
| 9 | CASONATO STEELCO SPA SA DE CV | 1 |
| 10 | AMC BIOMEDICAL SA DE CV | 2 |
| 11 | VITER MEDICAL SA DE CV | 2 |
| 12 | ADALU INGENIERIA SA DE CV | 1 |
| 13 | HUMAN CARE HS SA DE CV | 1 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Código del expediente
E-2024-0031351

Código interno de procedimiento
F-234-0001001

El sistema está habilitado para la publicación
19

Estadística de publicaciones de convocatorias
PUBLICAR

Número de procedimiento de contratación
LA-50-GYR-050GYR015-61-2024

Nombre del proveedor de contratación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS

Origen
Unidad de Programación

Fecha y hora de inicio de adiciones *
05/01/2024 09:30

Fecha y hora de cierre de adiciones *
05/01/2024 12:00

Fecha y hora de inicio de adiciones *
04/11/2024 09:30

Fecha y hora de cierre de adiciones *
05/01/2024 12:00

Justas de Adiciones del Procedimiento

| No. | Libre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------------------|--|-------|---------|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unidad de Programación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Objeto de Programación | Libre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE SERVIDORES DE PLANTEA MÉRICA SALUD | 76300 | TECNICO | ABORDAJE DE LOS SERVIDORES DE PLANTEA MÉRICA SALUD. | REVISAR | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE SERVIDORES DE PLANTEA MÉRICA SALUD | 76300 | TECNICO | REVISAR | REVISAR | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 | 05/27/2024 09:00 |

El día 12 de enero de 2024 a las 09:30 horas se llevó a cabo el Acta de Presentación y Apertura de las Proposiciones, por lo que se verificó el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica Compratnet 2023 con fundamento en el artículo 47 párrafo quinto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de la convocatoria, a efecto de verificar si se recibieron proposiciones, encontrándose las proposiciones de los licitantes que a continuación se mencionan:

| No | LICITANTES QUE PRESENTAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS |
|----|--|
| 1 | ADALU INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
| 2 | AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

El día 25 de enero de 2024, se recibe el Resultado de la Evaluación Técnica realizada por los CC. Ing. Bismar Vázquez Camacho, Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales, Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado, Jefe de la Oficina de Conservación, Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez, Jefe de Conservación de Unidad No. 1, Ing. Gabriel de Jesús Jiménez Lázaro, Jefe de Conservación de Unidad No. 02, Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia, Jefe de Conservación de Unidad No. 3, Ing. José Dalaías Rosique Marín, Jefe de Conservación de Unidad No. 4, Ing. Luis Angel García Magaña, Jefe de Conservación de Unidad No. 5, Ing. Luis Jesús Rivera Zurita, Jefe de Conservación de Unidad No. 6, Ing. Ivan de Jesús Abalos Gómez, Jefe de Conservación de Unidad No. 7, Ing. Karim Tapia Quevedo, Ingeniero Biomédico, mismo que adjunto; por lo que se procede a dar inicio con el Acta de Fallo con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

Derivado de la verificación y evaluación al contenido de la documentación presentada, efectuada por el Departamento de Conservación y Servicios Generales de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, con cada uno de los requisitos señalados en los anexos de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.1, 6.1, 6.2 y sus anexos de la convocatoria de fecha 05 de enero 2024 y la convocatoria del Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, y en cumplimiento a lo señalado en los Artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a continuación se cita la propuesta técnica que resultó desechada en la evaluación detallada de las proposiciones:

PROPUESTAS TÉCNICAS DESECHADAS

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|----------------------------|--|-----------|--|---|
| AMC BIOMEDICAL S.A DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 33, 40, 46, 48, 50, 51, 53 | DESECHADA | Después de la revisión documental se la propuesta técnica del participante de los requisitos se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fricción II, numeral 1. El participante presenta certificaciones de capacitación sobre el mantenimiento de equipos médicos que no corresponden a certificaciones de fabricantes de los bienes o filial en territorio nacional, por lo que no se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 1.1.1 de la convocatoria. Asimismo, el participante no presenta la cuenta con la certificación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que se le otorga el contrato, por lo que no se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 1.1.2 de la convocatoria. Así mismo, de acuerdo a lo estipulado en la Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante Asisten Diagnostik S.A. de C.V., los certificados de capacitación al personal responsables de la ejecución de los servicios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México. 6.3. Fricción II, numeral 3. El participante no presenta los manuales de usuario y de servicio de los equipos médicos que se le otorgará al mantenimiento de las marcas y modelos a los que se le otorgará el mantenimiento. 6.2. Fricción II, numeral 4. El documento presentado para acreditar: este numeral no corresponde a fabricante, filial o distribuidor mayorista (comprobable) de todas y cada una de las marcas de las que presume el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 1.1.1 de la convocatoria para las cuantas cuotas con dicho soporte. De igual forma, aunque el licitante presenta dentro de su propuesta, un CD-R con el soporte. | De conformidad con lo establecido en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación, y con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 9.1 de las bases de la presente convocatoria. |

FO-CON-11

1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|---|---|-----------|---|--|
| CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V. | DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 | DESECHADA | membreado, con firma autógrafa y sello en la que éste manifieste que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar el servicio y soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de acciones relacionadas para el evento en el que participa, que si bien en junta de aclaraciones se presentó el documento solicitado, también es cierto que en el numeral 2.2. último párrafo de las bases que rigen la presente convocatoria, se establece que "Será causal de desechamiento presentar el documento solicitado, si otro participante presenta la carta de respaldo solicitada en la fracción anterior para efecto de los bienes que incurran en este supuesto", lo cual para esta procedimiento, diversos licitantes presentaron la carta de respaldo emitida por el fabricante de los viene y/o distribuidor mayorista para estas partidas. Afectando con esto, la solvencia de la propuesta cronoso, incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantiza el cumplimiento de los requisitos en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6.1, 6.2, y 6.2, de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante no presentó los certificados de capacitación sobre el mantenimiento de equipos médicos, que no corresponden a la certificación que se requiere de las mismas o filial en territorio nacional, por lo que no es posible acreditar que ese tercero se encargó de la capacitación para todos los fabricantes de los bienes en cuestión, y de la misma manera que el personal técnico que cuenta con la certificación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta el servicio. Así mismo, de acuerdo a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante Absten Diagnostik, S.A. de C.V., los certificados de capacitación al personal responsables de la ejecución de los servicios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México. 6.2. Fracción II, numeral 3. Los documentos que se presenta el licitante no corresponden a los manuales de usuario y de servicio de las marcas y modelos a los que se les otorga el mantenimiento. 6.2. Fracción II, numeral 4. El documento presentado para acreditar este numeral no corresponde a fabricante, filial o distribuidor mayorista (comprobable) de todas y cada una de las marcas de las que presume representar, por lo cual no garantiza contar con el soporte necesario para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo con relaciones, accesorios y consumibles para el correcto funcionamiento | De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el procedimiento de selección de los establecimientos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2, 2.1, 2.2, 2.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, y sus anexos, así como los que se derivan del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, de la presente convocatoria que rige este procedimiento de selección y este fundamento en los artículos 35 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria. |

FO-CON-11

2



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|------------------------------|---|-----------|---|---|
| JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 4 | DESECHADA | de los equipos. Alcance con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefinición a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante de los requisitos solicitados en los numerales 6., 6.1., y 6.2. de las bases que rigen el procedimiento de contratación. 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante no presenta certificados de capacitación sobre el mantenimiento de los equipos de las partidas ofertadas, por lo que no garantiza la capacidad para otorgar el servicio. 6.2. Fracción II, numeral 4. El licitante presenta carta bajo protesta de decir verdad en papel membretado, con firma autógrafa y sello en la que éste manifieste que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar servicio y soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de consumibles, accesorios y refacciones para el evento en el que participa, que si bien en junta de aclaraciones se permitió presentar dicho documento, también es cierto que el participante no presentó el mismo en el momento de la recepción de las propuestas establecidas que "Será causal de descalificación la falta de presentación del documento solicitado, si otro participante presenta la carta de respaldo solicitada en el momento de la recepción de los bienes que incurran en este supuesto", lo cual para este procedimiento, el licitante Servicio de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V., presenta la carta de respaldo emitida por el fabricante de los bienes. El documento presentado para acreditar este numeral no corresponde a fabricante, filial o distribuidor mayorista (comprobable) de todas y cada una de las marcas de las que presume el participante, por lo que no garantiza contar con el soporte necesario para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones, accesorios y consumibles para el correcto funcionamiento de los equipos. Alcance con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefinición a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2, 2.1, 2.2.2.3, 6., 6.1., 6.2., 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y de la Convocatoria, el presente procedimiento de licitación se efectúa en cumplimiento de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria. |

3
 FO-CON-11
 6



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024.

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|--|---|-----------|---|---|
| PAK BIOMEDLAND TECH CARE, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 | DESECHADA | Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6.1., 6.1.1. y 6.2. de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identificó que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presenta certificados de capacitación sobre el mantenimiento de equipos médicos que no corresponden a certificaciones del fabricante de los bienes o filial en territorio nacional, por lo que no es posible acreditar que ese tercero se encuentre acreditado o certificado por todos los fabricantes de los bienes en cuestión, y de la misma manera que el personal técnico del licitante cuenta con la certificación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta el servicio. Así mismo, de acuerdo a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante y al Acta de la Junta de Aclaraciones de C.V., los certificados de capacitación al personal responsables de la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México. 6.2. Fracción II, numeral 3. Los documentos contenidos en la propuesta técnica del licitante, no corresponden a manuales de operación y servicio y/o a la marca y modelo solicitado. Por tanto, no presenta la totalidad de los manuales solicitados. 6.2. Fracción II, numeral 4. El documento presentado para acreditar este numeral no corresponde a fabricante, filial o distribuidor (comprobable) de todas y cada una de las marcas de las que presume representar por lo cual no se puede acreditar con el soporte necesario para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones, accesorios y consumibles para el correcto funcionamiento de los equipos. Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria establecidos en los numerales 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, sus anexos, así como los que se establecieron en el Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 35 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones del Sector Público y Servicios del Sector Público. Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria. |

FO-CON-11

4

7



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|--------------------------|---|-----------|--|--|
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | DE SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 51, 52, 53. | DESECHADA | Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6., 6.1., y 6.2. de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presentó únicamente un certificado de capacitación sobre el mantenimiento de equipos médicos, los cuales no son objeto de las partidas referidas; así mismo formatos DC-3 que no acreditan que el personal técnico del licitante haya recibido esa capacitación por alguno de los solicitados, por lo que no se tiene las habilidades necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que se refiere el servicio. Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el servicio. Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante Absten Diagnostik, S.A. de C.V. los certificados de capacitación personal responsables de la ejecución de los servicios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberían ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México. 6.2. Fracción II, numeral 3. Los documentos contenidos en la propuesta técnica del licitante, corresponde únicamente a manuales de operación, no así de servicio, por lo que no cuenta con la documentación técnica necesaria para realizar los servicios a los equipos que oferta 6.2. Fracción II, numeral 4. El documento presentado para acreditar este numeral no corresponde a fabricante, filial o distribuidor mayorista de todas y cada una de las marcas de las que presume representar, por lo cual no garantiza el soporte necesario para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones, accesorios y consumibles para el correcto funcionamiento de los equipos. Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2., 2.1., 2.2, 2.3., 6., 6.1., 6.2., 8.3., y sus anexos, así como los que se derivan del Acto de la Junta de Aclaraciones y modificaciones de dicho incumplimiento se hace la relevancia de la proposición de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 35 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria. |

5

FO-CON-11



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|---|--|-----------|---|---|
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS:46, 50 | DESECHADA | Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6.1, 6.2, y 6.2, de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante no presenta certificado de capacitación sobre el mantenimiento de equipos los cuales no son objeto de las partidas referidas, por lo cual no garantiza la capacidad técnica para atender los servicios. 6.2. Fracción II, numeral 3. Los documentos contenidos en la propuesta técnica del licitante, no incluyen los manuales de operación y de servicio para estas partidas, por lo que no cuenta con la documentación técnica necesaria para realizar los servicios a los equipos que oferta. 6.2. Fracción II, numeral 4. El licitante presenta carta bajo protesta de decir verdad en papel membretado, con firma autógrafa manuscrita, en la cual manifiesta que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar el soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de consumibles y repuestos para el evento en el que participa; que si bien en junta de aclaraciones se permitió presentar el documento, también es cierto que en el numeral 2.2, último párrafo de las bases que rigen la licitación, se establece que "Será causal de desechamiento presentar el documento solicitado, si el participante presenta la carta de respaldo solicitada en la fracción anterior para efecto de los bienes que incurran en este supuesto"; lo cual para este procedimiento, los licitantes Adalu Ingeniería, S.A. de C.V. y Gerd Yenk, S.A. de C.V., presentan la carta de respaldo emitida por los fabricantes y/o filial de los bienes. Afectado con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefinición al licitante, por lo que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6.1, 6.2, y 6.2, de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presenta documentos que hacen de constancias de capacitación que no cumplen con lo solicitado, por lo que no garantiza que tenga las habilidades necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta el servicio. Aunado a lo anterior, se acurrió a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplen con alguno de los requisitos contenidos en esta convocatoria en los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, y 6.3, de las bases que rigen la licitación, así como los que se derivan del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecta la solvencia de la proposición, que rige este convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se estableció en los numerales 6.1 de las bases de la presente convocatoria. |
| TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA | DESECHADA | Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6.1, 6.2, y 6.2, de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presenta documentos que hacen de constancias de capacitación que no cumplen con lo solicitado, por lo que no garantiza que tenga las habilidades necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta el servicio. Aunado a lo anterior, se acurrió a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria en los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, y 6.3, de las bases que rigen la licitación, así como los que se derivan del Acto de la Junta de Aclaraciones |

FO-CON-11

6



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|-----------|---|-----------|---|---|
| | PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 46, 49, 51, 58 | | <p>Licitante Absten Diagnostik, S.A. de C.V., los certificados de capacitación al personal responsable de la ejecución de los servicios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 1. El licitante dentro de la relación de equipos que presenta, no demuestra contar con los equipos requeridos para la ejecución de los servicios, como son, simuladores de signos vitales, analizadores, analizadores de gases, etc., por lo que no cuenta con el equipo indispensable para garantizar pruebas y/o acciones requeridas durante los mantenimientos preventivos y/o correctivos, poniendo en riesgo la seguridad de los paciente y/o usuarios.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 3. Los documentos contenidos en la propuesta técnica del licitante, no incluyen los manuales de operación y de servicio de los equipos, pues se observan catálogos y algunos manuales de los equipos que oferta.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 4. El licitante presenta carta bajo protesta de decir verdad en papel membretado, con firma autógrafa y sello en la que éste manifieste que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar servicio y soporte técnico de los equipos para los cuales se ofrece, así como la comercialización de consumibles, accesorios y refacciones para los equipos que participa, que si bien en junta de aclaraciones se permitió presentar dicho documento, también se estableció que en el numeral 2.2., último párrafo de las bases que rigen la presente convocatoria, se establece que "Será causal de desahucio presentar el documento solicitado, si otro participante presenta la carta de respaldo solicitada en la fracción anterior para efecto de los bienes que incurran en este supuesto"; lo cual para esta procedimiento, en diversas partidas, otros licitantes presentan la carta de respaldo emitida por los fabricantes y/o filial de los bienes.</p> <p>Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefinición a la convocante toda vez que no se muestran las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> | <p>Y, que con motivo de dicho incumplimiento, se debe en la presente de la proposición de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria.</p> |

FO-CON-11

7



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|--|---|-----------|---|--|
| TECNOLOGIA INDUSTRIAL CIENTIFICA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 46, 47, 48, 54, 58 | DESECHADA | Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los artículos 6.1., y 6.2. de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presenta documentos que hacen de constancias de capacitación que correspondan a empresas que no demuestran ser distribuidores de las marcas que aparentemente representan, por lo que no es posible acreditar que ese tercero se encuentre acreditado o certificado por todos los fabricantes de los bienes en cuestión, y de la misma manera que el personal técnico del licitante, cuenta con la certificación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta. Adicionalmente, de acuerdo a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante A. de la Base de Datos, S.A. de C.V., los certificados de capacitación al personal responsable de la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México. 6.2. Fracción II, numeral 1. El licitante, dentro de la relación de equipos que presenta, no demuestra contar con los equipos requeridos para la ejecución de los servicios, como son, simuladores de signos vitales, analizadores, analizador de seguridad eléctrica, etc; por lo que no cuenta con el equipo indispensable para garantizar pruebas y/o calibraciones requeridas durante los mantenimientos preventivos y/o correctivos, poniendo en riesgo la seguridad de los paciente y lo usuarios. 6.2. Fracción II, numeral 3. Los documentos solicitados en la propuesta técnica del licitante, no incluyen los manuales de operación y de servicio de los equipos, por tanto, no cuenta con la documentación técnica necesaria para realizar los servicios a los equipos que oferta. 6.2. Fracción II, numeral 4. El licitante presenta documento de respaldo de una empresa que presume representar a todas las marcas de los equipos a los que oferta sus servicios, lo cual no resulta congruente ni cumple con lo solicitado en el numeral 2.2. Licencias, autorizaciones y permiso. De la misma manera, presenta carta bajo protesta de decir verdad en papel membreado, con firma autógrafa y sello en la que este manifieste que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar servicio y soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de aclaraciones, accesorios y refacciones para el evento en el que participa, que si bien en junta de aclaraciones, se presentó dicho documento, también es cierto que en el numeral 2.2., último párrafo de las bases de datos, se estableció que "Será causal de descalificación presentar el documento solicitado en el presente convocatoria, se establece que "Será causal de descalificación en la fracción anterior, para efectos de los bienes que incurran en este supuesto", lo cual | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN inciso A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2.1., 2.2.2.3., 6., 6.1., 6.2., 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición; de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria. |

FO-CON-11

8



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|-----------|---------------------------------|-----------|--|----------------|
| | | | para esta procedimiento, en diversas partidas, otros licitantes presentan la carta de respaldo emitida por los fabricantes y/o filial de los bienes. Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de suspensión a la convocatoria toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad, para lo que se apoya el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | |

A continuación se menciona a los licitantes que cumplieron con cada uno de los requisitos señalados en los 2, 2.1, 2.2, 2.3, 6, 6.1, 6.2 y 6.3 de las bases a la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.1, por lo tanto se considera para la evaluación de puntos y porcentajes de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria y con fundamento en la fracción I del artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme al criterio que se utilizó como método para evaluar las propuestas técnicas siendo este el mecanismo de puntos o porcentajes; se consideró únicamente a los participantes que previamente cumplieron cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria que rige este procedimiento de licitación:

PROPUESTAS TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|--------------------------------|--|---|--|
| ADALU INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDA: 50 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada se cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2, 2.1, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de licitación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |

Handwritten signatures and marks are present in the right margin of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

FO-CON-11



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|--|--|--|--|
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDA: 10, 17, 19, 20, 41, 47, 48, 52 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 32, 35, 56 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| CASONATO STEELCO SPA, S.A. DE C.V. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 8 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| GERD YERIK, S.A. DE C.V. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 46, 53, 61 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| INELBIO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 12, 16, 23, 60 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |

10

FO-CON-11



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|--|---|---|--|
| JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 3. 7, 9, 59 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6.1, 6.2 de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9. 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 25, 28, 29, 30, 55 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9. 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 39, 40, 51, 57 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9. 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 2, 11, 13, 14, 53 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9. 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 4, 15, 21 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9. 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |

11

FO-CON-11



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|---------------------------------|---|--|---|
| VICTOR EDER GUTIERREZ RODRIGUEZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 59 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| VITER MEDICAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 49 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| ZENTILIA LAB S.A.P.I. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 18 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

PUNTOS Y PORCENTAJES OBTENIDOS POR LOS LICITANTES

| LICITANTE | CAPACIDAD DEL LICITANTE PUNTAJE MÁXIMA (24 PUNTOS) | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE PUNTAJE MÁXIMA (18 PUNTOS) | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PUNTAJE MÁXIMA (12 PUNTOS) | PLAN DE TRABAJO PUNTAJE MÁXIMA (6 PUNTOS) | TOTAL DE PUNTOS PUNTAJE MÁXIMA (60 PUNTOS) |
|--|--|---|--|---|--|
| ADALU INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 22.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 47.0 |
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 52.0 |
| CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 19.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 55.0 |
| CASONATO STEELCO SPA, S.A. DE C.V. | 22.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 54.0 |
| GERD YERIK, S.A. DE C.V. DE C.V. | 22.0 | 10.0 | 12.0 | 3.0 | 47.0 |
| INELBIO, S.A. DE C.V. | 22.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 54.0 |
| JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA | 16.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 52.0 |
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | 19.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 55.0 |
| SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 58.0 |

13

FO-CON-11



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

| LICITANTE | CAPACIDAD DEL LICITANTE PUNTAJE MÁXIMA (24 PUNTOS) | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE PUNTAJE MÁXIMA (18 PUNTOS) | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PUNTAJE MÁXIMA (12 PUNTOS) | PLAN DE TRABAJO PUNTAJE MÁXIMA (6 PUNTOS) | TOTAL DE PUNTOS PUNTAJE MÁXIMA (60 PUNTOS) |
|---|--|---|--|---|--|
| SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V. | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 58.0 |
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 58.0 |
| VICTOR EDER GUTIERREZ RODRIGUEZ | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 42.0 |
| VITER MEDICAL, S.A. DE C.V. | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 48.0 |
| ZENTILIA LAB S.A.P.I. DE C.V. | 22.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 47.0 |

14

FO-CON-11



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

Número de Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024

Villahermosa, Tabasco a 25 de enero de 2024.

ELABORÓ

Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez
 Jefe de Conservación de Unidad No. 01

Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia
 Jefe de Conservación de Unidad No. 03

Ing. Luis Ángel García Magaña
 Jefe de Conservación de Unidad No. 05

Ing. Ivan de Jesus Abalos Gómez
 Jefe de Conservación de Unidad No. 07

REVISÓ

Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado
 Jefe de la Oficina de Conservación

Ing. Gabriel de Jesús Jiménez Lazaro
 Jefe de Conservación de Unidad No. 02

Ing. José Dalaias Rosique Marín
 Jefe de Conservación de Unidad No. 04

Ing. Luis Jesús Rivera Zurita
 Jefe de Conservación de Unidad No. 06

Ing. Karim Tapia Quevedo
 Ingeniero Biomédico

Vo.Bo.

Ing. Bismar Vazquez Camacho
 Enc. Del Departamento De Conservación
 y Servicios Generales



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, en cumplimiento con lo estipulado en los artículos 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, emite el presente Fallo, cuya resolución se apegue a lo señalado en el Artículo 26 párrafo segundo del citado ordenamiento, ya que requiere para el logro de sus objetivos, el **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos**, a fin de garantizar los servicios que otorga a sus derechohabientes y usuarios, considerando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y habiéndose realizado los actos previos a éste, conforme a lo establecido en la Convocatoria de la Licitación, esta convocante resuelve:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- El Lic. Hugo Pérez López, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, es autoridad competente para emitir el presente Fallo, de conformidad con los Artículos 134 párrafos 6 y 7 Constitucional, 9; 22 Fracción III y 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación al Artículo 3 Fracción II del Reglamento de la referida Ley, Artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 5.3.8 ,inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. -----

Así mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 37 fracción VI, se indica el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones, mismos que a continuación se citan: -----

| NOMBRE | CARGO |
|--------------------------------------|--|
| Lic. Hugo Pérez López | Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios |
| Ing. Bismar Vázquez Camacho | Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado | Jefe de la Oficina de Conservación |
| Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez | Jefe de Conservación de Unidad No. 1 |
| Ing. Gabriel de Jesús Jiménez Lázaro | Jefe de Conservación de Unidad No. 02 |
| Ing. Sergio Raúl Zurita Valencia | Jefe de Conservación de Unidad No. 3 |
| Ing. José Datalias Rosique Marín | Jefe de Conservación de Unidad No. 4 |
| Ing. Luis Angel García Magaña | Jefe de Conservación de Unidad No. 5 |
| Ing. Luis Jesús Rivera Zurita | Jefe de Conservación de Unidad No. 6 |
| Ing. Ivan de Jesús Abalos Gómez | Jefe de Conservación de unidad No. 7 |
| Ing. Karim Tapia Quevedo | Ingeniero Biomédico |
| Ing. Oliver Payró González | N47 Líder de Proyecto |

SEGUNTO: Derivado de la verificación y evaluación al contenido de la documentación presentada, efectuada por el Departamento de Conservación y Servicios Generales y Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, con cada uno de los requisitos señalados en los numerales 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2 y sus anexos de las bases a la convocatoria que rige este procedimiento de



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

contratación, de conformidad con lo establecido en el número 9, así como la junta de aclaraciones de fecha 05 de enero 2024 y la convocatoria del Procedimiento: LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024 y en cumplimiento a lo señalado en los Artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a continuación se citan las propuestas técnicas que resultaron desechadas en la evaluación detallada de las proposiciones: -----

PROPUESTAS TÉCNICAS DESECHADAS

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|----------------------------|--|-----------|--|---|
| AMC BIOMEDICAL S.A DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 39, 40, 46, 49, 50, 51, 53 | DESECHADA | Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6., 6.1., y 6.2, de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presenta certificados de capacitación sobre el mantenimiento de equipos médicos, que no corresponden a certificaciones del fabricante de los bienes o filial en territorio nacional, por lo que no es posible acreditar que ese tercero se encuentre acreditado o certificado por todos los fabricantes de los bienes en cuestión, y de la misma manera que el personal técnico del licitante, cuenta con la certificación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta el servicio. Así mismo, de acuerdo a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante Absten Diagnostik, S.A. de C.V., los certificados de capacitación al personal responsables de la ejecución de los servicios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México. 6.2. Fracción II, numeral 3. Los documentos que presenta el licitante no corresponden a los manuales de usuario y de servicio de las marcas y modelos a los que se les otorgará el mantenimiento. 6.2. Fracción II, numeral 4. El documento presentado para acreditar este numeral no corresponde a fabricante, filial o distribuidor mayorista (comprobable) de todas y cada una de las marcas de las que presume representar, así mismo, en este, no se describen las partidas para las cuales cuenta con dicho soporte. De igual forma, aunque el licitante presenta carta bajo protesta de decir verdad en papel membretado, con firma autógrafa y sello en la que éste manifieste que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar servicio y soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de consumibles, accesorios y refacciones para el evento en el que participa; que si bien en junta de aclaraciones se permitió presentar dicho documento, también es cierto que en el numeral 2.2., último párrafo de las bases que rigen la presente convocatoria, se establece que "Será causal de desechamiento presentar el documento solicitado, si otro participante presenta la carta de respaldo solicitada en la fracción anterior para efecto de los bienes que incurran en este supuesto", lo cual para esta procedimiento, diversos licitantes presentan la carta de respaldo emitida por el fabricante de los viene y/o distribuidor mayorista para estas partidas. Atendiendo con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2., 2.1, 2.2,2.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|--|---|-----------|--|---|
| CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 | DESECHADA | Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6., 6.1., y 6.2. de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presenta certificaciones de capacitación sobre el mantenimiento de equipos médicos, que no corresponden a certificaciones del fabricante de los bienes o filial en territorio nacional, por lo que no es posible acreditar que ese tercero se encuentre acreditado o certificado por todos los fabricantes de los bienes en cuestión, y de la misma manera que el personal técnico del licitante, cuenta con la certificación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta el servicio. Así mismo, de acuerdo a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante Absten Diagnosilk, S.A. de C.V., los certificados de capacitación al personal responsables de la ejecución de los servicios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México. 6.2. Fracción II, numeral 3. Los documentos que presenta el licitante no corresponden a los manuales de usuario y de servicio de las marcas y modelos a los que se les otorgará el mantenimiento. 6.2. Fracción II, numeral 4. El documento presentado para acreditar este numeral no corresponde a fabricante, filial o distribuidor mayorista (comprobable) de todas y cada una de las marcas de las que presume representar, por lo cual no garantiza contar con el soporte necesario para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones, accesorios y consumibles para el correcto funcionamiento de los equipos. Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE SESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2., 2.1., 2.2.2.3, 6, 6.1, 6.2 .6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público. Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria. |
| JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 4 | DESECHADA | Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6., 6.1., y 6.2. de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante no presenta certificados de capacitación sobre el mantenimiento de los equipos de las partidas ofertadas, por lo que no garantiza la capacidad para otorgar el servicio. 6.2. Fracción II, numeral 4. El licitante presenta carta bajo protesta de decir verdad en papel membretado, con firma autógrafa y sello en la que éste manifieste que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar servicio y soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de consumibles, accesorios y refacciones para el evento en el que participa; que si bien en junta de aclaraciones se permitió presentar dicho documento, también es cierto que en el numeral 2.2., último párrafo de las bases que rigen la presente convocatoria, se establece que "Será causal de desahucio presentar el documento solicitado, si otro participante presenta la carta de respaldo solicitada en la fracción anterior para efecto de los bienes que incurran en este supuesto", lo cual para esta procedimiento, el licitante Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V., presenta la carta de respaldo emitida por el fabricante de los bienes. | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE SESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2., 2.1., 2.2.2.3, 6, 6.1, 6.2 .6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|--|---|-----------|---|--|
| PAK BIOMEDLAND TECH CARE, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 | DESECHADA | El documento presentado para acreditar este numeral no corresponde a fabricante, filial o distribuidor mayorista (comprobable) de todas y cada una de las marcas de las que presume representar, por lo cual no garantiza contar con el soporte necesario para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones, accesorios y consumibles para el correcto funcionamiento de los equipos. Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6., 6.1., y 6.2, de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presenta certificados de capacitación sobre el mantenimiento de equipos médicos, que no corresponden a certificaciones del fabricante de los bienes o filial en territorio nacional, por lo que no es posible acreditar que ese tercero se encuentre acreditado o certificado por todos los fabricantes de los bienes en cuestión, y de la misma manera que el personal técnico del licitante, cuenta con la certificación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta el servicio. Así mismo, de acuerdo a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante Absten Diagnostik, S.A. de C.V., los certificados de capacitación al personal responsables de la ejecución de los servicios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México. 6.2. Fracción II, numeral 3. Los documentos contenidos en la propuesta técnica del licitante, no corresponden a manuales de operación y servicio y/o a la marca y modelo solicitado. Por tanto, no presenta la totalidad de los manuales solicitados. 6.2. Fracción II, numeral 4. El documento presentado para acreditar este numeral no corresponde a fabricante, filial o distribuidor mayorista (comprobable) de todas y cada una de las marcas de las que presume representar, por lo cual no garantiza contar con el soporte necesario para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones, accesorios y consumibles para el correcto funcionamiento de los equipos. Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6., 6.1., y 6.2, de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presenta únicamente un certificado de capacitación sobre el mantenimiento de equipos los cuales no son objeto de las partidas referidas; así mismo formatos DC-3 que no acreditan que el personal técnico del licitante haya recibido esa capacitación por alguno de los solicitados, por lo que no | de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria. De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2., 2.1, 2.2.2.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria. |
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA | DESECHADA | Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6., 6.1., y 6.2, de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos: 6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presenta únicamente un certificado de capacitación sobre el mantenimiento de equipos los cuales no son objeto de las partidas referidas; así mismo formatos DC-3 que no acreditan que el personal técnico del licitante haya recibido esa capacitación por alguno de los solicitados, por lo que no | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2., 2.1, |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|---|---|-----------|--|---|
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 51, 52, 53. | | <p>garantiza que tenga las habilidades necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta el servicio.</p> <p>Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante Absten Diagnostik, S.A. de C.V., los certificados de capacitación al personal responsables de la ejecución de los servicios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 3.</p> <p>Los documentos contenidos en la propuesta técnica del licitante, corresponde únicamente a manuales de operación, no así de servicio, por lo que no cuenta con la documentación técnica necesaria para realizar los servicios a los equipos que oferta.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 4.</p> <p>El documento presentado para acreditar este numeral no corresponde a fabricante, filial o distribuidor mayorista (comprobable) de todas y cada una de las marcas de las que presume representar, por lo cual no garantiza contar con el soporte necesario para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones, accesorios y consumibles para el correcto funcionamiento de los equipos.</p> <p>Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6.1., y 6.2. de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos:</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 1.</p> <p>El participante no presenta certificado de capacitación sobre el mantenimiento de equipos los cuales no son objeto de las partidas referidas, por lo cual no garantiza la capacidad técnica para atender los servicios.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 3.</p> <p>Los documentos contenidos en la propuesta técnica del licitante, no incluyen los manuales de operación y de servicio para estas partidas, por lo que no cuenta con la documentación técnica necesaria para realizar los servicios a los equipos que oferta.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 4.</p> <p>El licitante presenta carta bajo protesta de decir verdad en papel membretado, con firma autógrafa y sello en la que éste manifieste que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar servicio y soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de consumibles, accesorios y refacciones para el evento en el que participa; que si bien en junta de aclaraciones se permitió presentar dicho documento, también es cierto que en el numeral 2.2., último párrafo de las bases que rigen la presente convocatoria, se establece que "Será causal de desahucio presentar el documento solicitado, si otro participante presenta la carta de respaldo solicitada en la fracción anterior para efecto de los bienes que incurran en este supuesto", lo cual para esta procedimiento, los licitantes Adalu Ingeniería, S.A. de C.V. y Gerd Yerik, S.A. de C.V., presentan la carta de respaldo emitida por los fabricantes y/o filial de los bienes.</p> | <p>2.2.2.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria.</p> |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 46, 50 | DESECHADA | | <p>De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2, 2.1, 2.2.2.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria.</p> |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|---|--|-----------|---|---|
| TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MEDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 46, 49, 51, 58 | DESECHADA | <p>Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados en los numerales 6., 6.1., y 6.2. de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos:</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 1. El participante presenta documentos que hacen de constancias de capacitación que no cumplen con lo solicitado, por lo que no garantiza que tenga las habilidades necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta el servicio. Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante Absten Diagnostik, S.A. de C.V., los certificados de capacitación al personal responsable de la ejecución de los servicios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 1. El licitante, dentro de la relación de equipos que presenta, no demuestra contar con los equipos requeridos para la ejecución de los servicios, como son, simuladores de signos vitales, analizadores, analizador de seguridad eléctrica, etc; por lo que no cuenta con el equipo indispensable para garantizar pruebas y/o calibraciones requeridas durante los mantenimientos preventivos y/o correctivos, poniendo en riesgo la seguridad de los paciente y lo usuarios.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 3. Los documentos contenidos en la propuesta técnica del licitante, no incluyen los manuales de operación y de servicio de los equipos, pues se observan catálogos y algunos manuales de operación; por tanto, no cuenta con la documentación técnica necesaria para realizar los servicios a los equipos que oferta.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 4. El licitante presenta carta bajo protesta de decir verdad en papel membretado, con firma autógrafa y sello en la que éste manifieste que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar servicio y soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de consumibles, accesorios y refacciones para el evento en el que participa; que si bien en junta de aclaraciones se permitió presentar dicho documento, también es cierto que en el numeral 2.2., último párrafo de las bases que rigen la presente convocatoria, se establece que "Será causal de desechamiento presentar el documento solicitado, si otro participante presenta la carta de respaldo solicitada en la fracción anterior para efecto de los bienes que incurran en este supuesto"; lo cual para este procedimiento, en diversas partidas, otros licitantes presentan la carta de respaldo emitida por los fabricantes y/o filial de los bienes.</p> <p>Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> | De conformidad con lo establecido en el numeral 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2., 2.1., 2.2.2.3, 6., 6.1., 6.2 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria. |
| TECNOLOGIA | SERVICIO DE | DESECHADA | Después de la revisión documental de la propuesta técnica del participante, de los requisitos solicitados | De conformidad con lo |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | RESULTADO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|-------------------------------------|--|-----------|--|--|
| INDUSTRIAL CIENTIFICA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 46, 47, 48, 54, 58 | | <p>en los numerales 6, 6.1., y 6.2. de las bases que rigen el procedimiento de contratación, se identifica que no se cumplen los siguientes elementos:</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 1.</p> <p>El participante presenta documentos que hacen de constancias de capacitación que corresponden a empresas que no demuestran ser distribuidores de las marcas que aparentemente representan, por lo que no es posible acreditar que ese tercero se encuentre acreditado o certificado por todos los fabricantes de los bienes en cuestión, y de la misma manera que el personal técnico del licitante, cuenta con la certificación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a los que oferta.</p> <p>Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en Junta de Aclaraciones, a la Respuesta del Licitante Absten Diagnostik, S.A. de C.V., los certificados de capacitación al personal responsable de la ejecución de los servicios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, deberán ser expedidos por el fabricante o distribuidor autorizado en México.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 1.</p> <p>El licitante, dentro de la relación de equipos que presenta, no demuestra contar con los equipos requeridos para la ejecución de los servicios, como son, simuladores de signos vitales, analizadores, analizador de seguridad eléctrica, etc; por lo que no cuenta con el equipo indispensable para garantizar pruebas y/o calibraciones requeridas durante los mantenimientos preventivos y/o correctivos, poniendo en riesgo la seguridad de los paciente y lo usuarios.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 3.</p> <p>Los documentos contenidos en la propuesta técnica del licitante, no incluyen los manuales de operación y de servicio de los equipos, pues se observan catálogos y algunos manuales de operación; por tanto, no cuenta con la documentación técnica necesaria para realizar los servicios a los equipos que oferta.</p> <p>6.2. Fracción II, numeral 4.</p> <p>El licitante presenta documento de respaldo de una empresa que presume representar a todas las marcas de los equipos a los que oferta sus servicios, lo cual no resulta congruente ni cumple con lo solicitado en el numeral 2.2. Licencias, autorizaciones y permiso. De la misma manera, presenta carta bajo protesta de decir verdad en papel membretado, con firma autógrafa y sello en la que éste manifieste que el licitante tiene la capacidad técnica, operativa y administrativa para proporcionar servicio y soporte técnico de los bienes para los cuales se ofrece, así como la comercialización de consumibles, accesorios y refacciones para el evento en el que participa; que si bien en junta de aclaraciones se permitió presentar dicho documento, también es cierto que en el numeral 2.2., último párrafo de las bases que rigen la presente convocatoria, se establece que "Será causal de desechamiento presentar el documento solicitado, si otro participante presenta la carta de respaldo solicitada en la fracción anterior para efecto de los bienes que incurran en este supuesto"; lo cual para esta procedimiento, en diversas partidas, otros licitantes presentan la carta de respaldo emitida por los fabricantes y/o filial de los bienes.</p> <p>Afectando con esto, la solvencia de la propuesta creando incertidumbre y dejando en estado de indefensión a la convocante toda vez que no se garantizan las mejores condiciones en cuanto a calidad que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> | <p>establecido en el numeral 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO inciso A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2, 2.1, 2.2, 2.3, 6, 6.1, 6.2 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, de la presente convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>Así como a lo establecido en los numerales 9.1 de las bases de la presente convocatoria.</p> |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

TERCERO: A continuación se menciona a los licitantes que cumplieron con cada uno de los requisitos señalados en los 2, 2.1, 2.2, 2.3, 6, 6.1, 6.2 y 6.3 de las bases a la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.1, por lo tanto se considera para la evaluación de puntos y porcentajes de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria y con fundamento en la fracción I del artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme al criterio que se utilizó como método para evaluar las propuestas técnicas siendo este el mecanismo de puntos o porcentajes; se consideró únicamente a los participantes que previamente cumplieron cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria que rige este procedimiento de licitación:

PROPUESTAS TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|--|---|--|---|
| ADALU INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDA: 50 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDA: 10, 17, 19, 20, 41, 47, 48, 52 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 32, 35, 56 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| CASONATO STEELCO SPA, S.A. DE C.V. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 8 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|--|--|--|---|
| GERD YERIK, S.A. DE C.V. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 46, 53, 61 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| INELBIO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 12, 16, 23, 60 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 3, 7, 9, 59 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 25, 28, 29, 30, 38, 55 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 39, 40, 51, 57 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 2, 11, 13, 14, 53 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | MOTIVACIÓN | FUNDAMENTACIÓN |
|---|--|--|---|
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 1, 4, 15, 21 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| VICTOR EDER GUTIERREZ RODRIGUEZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 59 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| VITER MEDICAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 49 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| ZENTILIA LAB S.A.P.I. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO DEL EJERCICIO 2024. PARTIDAS: 18 | Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes. | De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |

PUNTOS Y PORCENTAJES OBTENIDOS POR LOS LICITANTES

| NO. | LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | GAPACIDAD DEL LICITANTE PUNTUACIÓN MÁXIMA (24 PUNTOS) | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE PUNTUACIÓN MÁXIMA (18 PUNTOS) | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PUNTUACIÓN MÁXIMA (12 PUNTOS) | PLAN DE TRABAJO PUNTUACIÓN MÁXIMA (6 PUNTOS) | TOTAL DE PUNTOS PUNTUACIÓN MÁXIMA (60 PUNTOS) |
|-----|------------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 1 | ADALU INGENIERIA, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 22.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 47.0 |
| 2 | AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 52.0 |
| 3 | CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 19.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 55.0 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | LICITANTE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CAPACIDAD DEL LICITANTE MÁXIMA (24 PUNTOS) | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE Puntuación Máxima (18 Puntos) | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Puntuación Máxima (12 Puntos) | PLAN DE TRABAJO Puntuación Máxima (6 Puntos) | TOTAL DE PUNTOS Puntuación Máxima (60 Puntos) |
|-----|--|---|--|--|---|--|---|
| 4 | CASONATO STEELCO SPA, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 22.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 54.0 |
| 5 | GERD YERIK, S.A. DE C.V. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 22.0 | 10.0 | 12.0 | 3.0 | 47.0 |
| 6 | INELBIO, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 22.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 54.0 |
| 7 | JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 16.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 52.0 |
| 8 | PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 19.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 55.0 |
| 9 | SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 58.0 |
| 10 | SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 58.0 |
| 11 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 58.0 |
| 12 | VICTOR EDER GUTIERREZ RODRIGUEZ | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 42.0 |
| 13 | VITER MEDICAL, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 48.0 |
| 14 | ZENTILIA LAB S.A.P.I. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos | 22.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 47.0 |

Una vez realizado el análisis de la puntuación técnica de los licitantes que se mencionan en el cuadro anterior, se determinan como **PROPUESTAS SOLVENTES TÉCNICAMENTE**, toda vez que obtuvieron más de los 45.00 puntos de los 60 puntos requeridos, de conformidad con el numeral 9 de la convocatoria y con fundamento en lo establecido en el artículo 36 bis fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.

CUARTO: Que para la evaluación de las proposiciones técnicas aprobadas a los licitantes participantes, se realizó un análisis detallado de la documentación que las integran, mismas que reunieron los requisitos establecidos en las bases a la Convocatoria de la Licitación exigidos por el Instituto, considerándose en dicho análisis también los aspectos siguientes:

- 1) Responsabilidad en la prestación del servicio.
- 2) Cumplimiento de los requisitos de la Convocatoria.
- 3) No encontrarse sancionado como persona física o moral por la Secretaría de la Función Pública.
- 4) Aspectos Económicos de la Propuesta.

QUINTO: Habiendo resultado satisfactorias las proposiciones técnicas de los licitantes que se mencionan en el cuadro anterior, se procedió a evaluar los precios



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

propuestos, de conformidad con el criterio establecido en el numeral 9.2 de la Convocatoria que rige este procedimiento, en el que se señala que una vez realizado este procedimiento, se efectuara la evaluación de las propuestas económicas presentadas por los participantes que hayan cumplido con la puntuación mínima requerida, como se establece en el considerando tercero de este fallo y de acuerdo a la siguiente fórmula: -----

$$PPE = MPemb \times 40 / MPI.$$

DONDE:

PPE= Puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica;
 MPemb= Monto de la propuesta económica más baja, y
 MPI/= Monto de la i-ésima propuesta económica, y

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

$$PAD = TPT + PPE$$

DONDE:

PAd= Proposición adjudicada;
 TPT= Total de puntos obtenidos en la propuesta técnica
 PPE= Puntuación o unidades porcentuales alcanzada por la propuestas económica.

SEXTO: A continuación el Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Lic. Hugo Pérez López, da a conocer el resultado de la evaluación de puntos o porcentajes de las propuestas técnicas y económicas que resultaron solventes:

| LICITANTE | PARTIDA | IMPORTE SIN IVA | TOTAL DE PUNTOS EVALUACIÓN TÉCNICA | TOTAL DE PUNTOS EVALUACIÓN ECONÓMICA | PUNTOS TOTALES |
|---|---------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | 1 | \$571,604.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V. | 2 | \$438,000.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA | 3 | \$36,000.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | 4 | \$124,828.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA | 7 | \$820,000.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
| CASONATO STEELCO SPA, S.A. DE C.V. | 8 | 1,692,000.00 | 54.00 | 40.00 | 94.00 |
| JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA | 9 | \$230,000.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | 10 | \$592,000.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
| SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V. | 11 | \$136,000.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| INELBIO, S.A. DE C.V. | 12 | \$420,000.00 | 54.00 | 40.00 | 94.00 |
| SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V. | 13 | \$540,000.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V. | 14 | \$1,564,000.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | 15 | \$168,544.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| INELBIO, S.A. DE C.V. | 16 | \$280,000.00 | 54.00 | 40.00 | 94.00 |
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | 17 | \$55,200.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| LICITANTE | PARTIDA | IMPORTE SIN IVA | TOTAL DE PUNTOS EVALUACIÓN TÉCNICA | TOTAL DE PUNTOS EVALUACIÓN ECONÓMICA | PUNTOS TOTALES |
|--|---------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ZENTILIA LAB S.A.P.I. DE C.V. | 18 | \$960,000.00 | 47.00 | 40.00 | 87.00 |
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | 19 | \$211,200.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | 20 | \$52,000.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | 21 | \$373,626.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| INELBIO, S.A. DE C.V. | 23 | \$330,000.00 | 54.00 | 40.00 | 94.00 |
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | 25 | \$545,350.00 | 55.00 | 40.00 | 95.00 |
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | 28 | \$189,800.00 | 55.00 | 40.00 | 95.00 |
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | 29 | \$253,000.00 | 55.00 | 40.00 | 95.00 |
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | 30 | \$47,800.00 | 55.00 | 40.00 | 95.00 |
| CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 32 | \$129,850.00 | 55.00 | 40.00 | 95.00 |
| CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 35 | \$50,000.00 | 55.00 | 40.00 | 95.00 |
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | 38 | \$93,000.00 | 55.00 | 40.00 | 95.00 |
| SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 39 | \$204,525.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 40 | \$120,835.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | 41 | \$512,000.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
| GERD YERIK, S.A. DE C.V. | 46 | \$1,092,000.00 | 47.00 | 40.00 | 87.00 |
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | 47 | \$178,800.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | 48 | \$149,000.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
| VITER MEDICAL, S.A. DE C.V. | 49 | \$1,040,400.00 | 48.00 | 40.00 | 88.00 |
| ADALU INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 50 | \$600,000.00 | 47.00 | 40.00 | 87.00 |
| SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 51 | \$551,760.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | 52 | \$700,000.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
| GERD YERIK, S.A. DE C.V. | 53 A | \$1,580,800.00 | 47.00 | 40.00 | 87.00 |
| SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V. | 53 | \$348,000.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| PRO LAB RX, S.A. DE C.V. | 55 | \$232,300.00 | 55.00 | 40.00 | 95.00 |
| CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 56 | \$179,979.40 | 55.00 | 40.00 | 95.00 |
| SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 57 | \$52,620.00 | 58.00 | 40.00 | 98.00 |
| JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA | 59 | \$352,000.00 | 52.00 | 29.04 | 81.04 |
| dVICTOR EDER GUTIERREZ RODRIGUEZ | 59 | \$256,000.00 | 42.00 | 40.00 | 82.00 |
| INELBIO, S.A. DE C.V. | 60 | \$795,990.80 | 54.00 | 40.00 | 94.00 |
| GERD YERIK, S.A. DE C.V. | 61 | \$310,000.00 | 47.00 | 40.00 | 87.00 |

SÉPTIMO: Habiendo verificado y evaluado que las proposiciones cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y realizado el análisis de los precios e importes propuestos por los licitantes de conformidad con los numerales 9, 9.1 y 9.2 de la convocatoria, y con fundamento en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mismos que se detalla en el cuadro anterior, de conformidad con los Artículos 36 primer párrafo y 36 Bis fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria a la Licitación y considerándolos anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco; procede a emitir el siguiente:

FALLO

Toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, requiere del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos**, a fin de garantizar los servicios que otorga a sus derechohabientes y usuarios, considerando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por lo anterior y en cumplimiento a lo estipulado en los Artículos 37 y 37 Bis del citado ordenamiento; emite los siguientes puntos resolutivos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: Dados los razonamientos enumerados en los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de este Fallo; y en apego a lo establecido en los Artículos 36, 36 Bis y 37 Fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta convocante declara como licitantes adjudicados en la **Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024**, para el **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos**, para cubrir las necesidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, a los licitantes cuyos precios resultaron aceptables, y que a continuación se mencionan:

LICITANTES ADJUDICADOS
ADALU INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Partida 50

| No. | Nombre del equipo | Marca | Modelo | No. De serie | NNI | Ubicación | Precio Unitario | No. De Servicios |
|-----|---------------------------|---------|--------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTICK | ZAFIRO | WMM-0816-1644 | 201800021022 | UMF 21 | \$20,000.00 | 2 |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTICK | ZAFIRO | WMM-0815-1643 | 201800021035 | UMF 21 | \$20,000.00 | 2 |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTICK | ZAFIRO | WMM-0816-1550 | 201700026205 | UMF 48 | \$20,000.00 | 2 |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTICK | ZAFIRO | WMM-08-1549 | 201700026206 | UMF 48 | \$20,000.00 | 2 |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTICK | ZAFIRO | WMM-0115-0956 | 201600007691 | HGS 4 TENOSIQUE | \$20,000.00 | 2 |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS | WALTICK | ZAFIRO | WMM-0115-0955 | 201600007690 | HGS 4 | \$20,000.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

Partida 50

| No. | Nombre del equipo | Marca | Modelo | No. De serie | NNI | Ubicación | Precio Unitario | No. De Servicios |
|-----|---------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | VITALES | | | | | TENOSIQUE | | |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1182 | 201600007705 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,000.00 | 2 |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1184 | 201600007706 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,000.00 | 2 |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0732 | 201400003657 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,000.00 | 2 |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0733 | 201400003658 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,000.00 | 2 |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO | WMM-1112-0734 | 201400003660 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,000.00 | 2 |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1183 | 201600007708 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,000.00 | 2 |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1185 | 201600007704 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,000.00 | 2 |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1180 | 201600007705 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,000.00 | 2 |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK | ZAFIRO E SERIES | WMM-0115-1181 | 201600007706 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,000.00 | 2 |

AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.

PARTIDA 10

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00963 | 2010800047023 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$37,000.00 | 2 |
| 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00962 | 2010800047025 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$37,000.00 | 2 |
| 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA (CON MONITOR DE | GENERAL ELECTRIC | CARESTATION620 /B40I | SM6194440017MA / SMB19430069HA | 202080011423 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$37,000.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|---------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO B40I) | | | | | | | |
| 4 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO CARESCAPE B650) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE 7900 CARESCAPE MONITOR B650 | ANCU0096 SK4154511553HA | 201580001586 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$37,000.00 | 2 |
| 5 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00884 | 201080046987 | HGZ 2 CARDENAS | \$37,000.00 | 2 |
| 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00998 | 201080046988 | HGZ 2 CARDENAS | \$37,000.00 | 2 |
| 7 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO S/5) | GENERAL ELECTRIC | AESPIRE S/5 | AMXP00994 | 201080046989 | HGZ 2 CARDENAS | \$37,000.00 | 2 |
| 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA (CON MONITOR DE SIGNOS VITALES TRANSOPERATORIO TERAMAX 1000) | TEKNODOL | BÁSICA | MA-02-1018 | 201600004867 | HGZ 2 CARDENAS | \$37,000.00 | 2 |

PARTIDA 17

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO | EVENT' MEDICAL | INSPIRATION 71 | 20157140008 | 201500006177 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$27,600.00 | 2 |

PARTIDA 19

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS RESPIRONICS | TRILOGY 202 | TV017122068F | 201700026235 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$26,400.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------------------|---------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 2 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILogy EVO | H285620354238 | 202080009795 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$26,400.00 | 2 |
| 3 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILogy EVO | H28562077064A | 202080009796 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$26,400.00 | 2 |
| 4 | VENTILADOR TRASLADO PEDIÁTRICO ADULTO | PHILIPS | TRILogy EVO | H28562077233B | 202080009797 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$26,400.00 | 2 |

PARTIDA 20

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|--------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Ventilador de traslado pediátrico adulto | Drager | Oxylog 3000 | ASLK-0040 | 201800021629 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$26,000.00 | 2 |

PARTIDA 41

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------|----------|---------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06470046 | 202080015659 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |
| 2 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06470047 | 202080015660 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |
| 3 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06470048 | 202080015661 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |
| 4 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06470049 | 202080015662 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |
| 5 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06470050 | 202080015663 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |
| 6 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480001 | 202080015664 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |
| 7 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480002 | 202080015665 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |
| 8 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480003 | 202080015666 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |
| 9 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480004 | 202080015667 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |
| 10 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480005 | 202080015668 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |
| 11 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | 560034- M19C06480006 | 202080015669 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,000.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NIPI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------|----------|---------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 12 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015670 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$16,000.00 | 2 |
| 13 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015671 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$16,000.00 | 2 |
| 14 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015673 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$16,000.00 | 2 |
| 15 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015674 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$16,000.00 | 2 |
| 16 | CARDIOTOCÓGRAFO | ADVANCED | FM-3000 | | 202080015672 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$16,000.00 | 2 |

PARTIDA 47

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NIPI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|---------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644341 | 202080009717 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,900.00 | 2 |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644314 | 202080009720 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,900.00 | 2 |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644297 | 202080009718 | CAT | \$14,900.00 | 2 |
| 4 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | PHILIPS | DFM100 | CN32644323 | 202080009719 | CAT | \$14,900.00 | 2 |
| 7 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Philips | Heartstart MRX | US00601209 | 201880037201 | UMF48 POMOCA | \$14,900.00 | 2 |
| 8 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Philips | HeartStart XL+ | USO11517496 | 201580001356 | UMF 14 20 DE NOVIEMBRE | \$14,900.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

PARTIDA 48

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|---------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011447 SN/11126627-3C | 201200009939 | HGZ 02 CARDENAS | \$14,900.00 | 2 |
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011452 SN/11126621-3C | 201200009937 | HGZ 02 CARDENAS | \$14,900.00 | 2 |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Innomed | Cardio Aid M 200-B | 00011485 SN/11126625-13 | 201200009938 | HGZ 02 CARDENAS | \$14,900.00 | 2 |
| 4 | DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | INNOMED | CARDIO AID 360B | 16206262 | 201680011196 | HGS 4 TENOSIQUE | \$14,900.00 | 2 |
| 51 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | GE | RESPONDER 2000 | 3203608 | 20110006103 | UMF38 | \$14,900.00 | 2 |

PARTIDA 52

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------|---------|----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366575 | 202000006074 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366578 | 202000006063 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366581 | 202000006064 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356202 | 202000006065 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356203 | 202000006066 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356204 | 202000006067 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92357825 | 202000006070 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366570 | 202000006071 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366572 | 202000006072 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366574 | 202000006073 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356205 | 202000006068 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356206 | 202000006069 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------|---------|----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366583 | 202000006076 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366580 | 202000006075 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4095 | 201880000589 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A5013 | 201880000588 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4727 | 201880000590 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A5130 | 201880000592 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | MX450 | DE351A4608 | 201880000593 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,000.00 | 2 |
| 16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92344281 | 202000006061 | HGZ 02 CARDENAS | \$14,000.00 | 2 |
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92344820 | 202000006062 | HGZ 02 CARDENAS | \$14,000.00 | 2 |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92356201 | 202000006057 | HGZ 02 CARDENAS | \$14,000.00 | 2 |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366576 | 202000006058 | HGZ 02 CARDENAS | \$14,000.00 | 2 |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366582 | 202000006059 | HGZ 02 CARDENAS | \$14,000.00 | 2 |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | EFFICIA CM 120 | CN92366584 | 202000006060 | HGZ 02 CARDENAS | \$14,000.00 | 2 |

CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA 32

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--------------------------|------------|--------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | CARL ZEISS | 840 | 840-15663 | 201780009543 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$64,925.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

PARTIDA 35

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | TONÓMETRO | CARL ZEISS | VISUPLAN 500 | 9703121964 | 201980001712 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$25,000.00 | 2 |

PARTIDA 56

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SÓLIDO | CARL ZEISS | VISULAS GREEN | 1205667 | 201980001710 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$89,989.70 | 2 |

CASONATO STEELCO SPA, S.A. DE C.V.

PARTIDA 8

| No. | Nombre del equipo | Marca | Modelo | No. De serie | NNI | Ubicación | Precio Unitario | No. De Servicios |
|-----|--|---------|---------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | STEELCO | PL130/1 | 19A0310LS039 | 202180003132 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | 166,000.00 | 2 |
| 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (CON 2 PUERTAS, ANTERIOR Y POSTERIOR) | STEELCO | VS3/2 | 12931 | 202180003133 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | 136,000.00 | 2 |
| 3 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (CON 2 PUERTAS, ANTERIOR Y POSTERIOR) | STEELCO | VS3/2 | 13078 | 202180003134 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | 136,000.00 | 2 |
| 4 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 13185 | 202180003002 | HGZ 02 CARDENAS | 136,000.00 | 2 |
| 5 | ESTERILIZADOR DE VAPOR 6AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 13186 | 202180003003 | HGZ 02 CARDENAS | 136,000.00 | 2 |
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | STEELCO | VS3/1 | 11239 | 201700027073 | UMF 48 POMOCA | 136,000.00 | 2 |

GERD YERIK, S.A. DE C.V.

PARTIDA 46

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|--------------|----------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10681 | 20200004718 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$42,000.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|--------------|----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 2 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10716 | 202000004720 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$42,000.00 | 2 |
| 3 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10677 | 202000004715 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$42,000.00 | 2 |
| 4 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10714 | 202000004716 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$42,000.00 | 2 |
| 5 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10671 | 202000004719 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$42,000.00 | 2 |
| 6 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10683 | 202000004714 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$42,000.00 | 2 |
| 7 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10685 | 202000004721 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$42,000.00 | 2 |
| 8 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 10672 | 202000004717 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$42,000.00 | 2 |
| 9 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00545 | 201680015758 | UMF 05 SANTA ROSALIA | \$42,000.00 | 2 |
| 10 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | Nihon Kohden | TEC-5631 | 01488 | 201800022628 | UMF 21 PARAISO | \$42,000.00 | 2 |
| 11 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00570 | 201680015760 | UMF 32 LA VENTA | \$42,000.00 | 2 |
| 12 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00596 | 201680015761 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | \$42,000.00 | 2 |
| 13 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 00547 | 201680015766 | UMF 22 CUNDUACAN | \$42,000.00 | 2 |

PARTIDA 53 A

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206986 | 201980005831 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 2 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206984 | 201980005832 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 3 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206966 | 201980005830 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 4 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 207029 | 201980005829 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 5 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | PARDO | TECHNO PLUS | 206974 | 201980005833 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 6 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749509 | 201700022730 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 7 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749206 | 201700022731 | HGZ 46 | \$19,760.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|----------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 8 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | HILL-ROM | 900 ACCELLA 60385 | HRP002749507 | 201700022732 | VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 9 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212369 | 202080010881 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 10 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212348 | 202080010882 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 11 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212349 | 202080010883 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 12 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212347 | 202080010884 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 13 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212346 | 202080010885 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 14 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224961 | 202080010886 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 15 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224972 | 202080010887 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 16 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224968 | 202080010888 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 17 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200224967 | 202080010889 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 18 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA, PARA COVID 19 | LINET | ELEGANZA 1 | 20200212362 | 202080010890 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 19 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075942 | 202080010901 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 20 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075974 | 202080010902 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 21 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075914 | 202080010903 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 22 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075915 | 202080010904 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 23 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075908 | 202080010905 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|----------|------------|------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 24 | PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075909 | 202080010906 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 25 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075930 | 202080010907 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 26 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075931 | 202080010908 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 27 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075816 | 202080010909 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 28 | CAMA CLÍNICA HOSPITALARIA DE MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, PARA COVID 19 | LINET | PRAKTIKA 2 | 20180075815 | 202080010910 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 30 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | LIFEE | LI-H+ | 2201107/CB288212 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 31 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | LIFEE | LI-H+ | 2001577/CB0803 | 202080010189 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 32 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9498 | 201700030043 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 33 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9557 | 201700030047 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 34 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9537 | 201700030052 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 35 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9536 | 201700030046 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 36 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9555 | 201700030051 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 38 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9499 | 201700030044 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 38 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9504 | 201700030045 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 39 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9496 | 201700030049 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|----------|--------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 40 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S262AQ9547 | 201700030048 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |
| 41 | CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES | HILL-ROM | P8005 | S261AQ9538 | 201700030050 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,760.00 | 2 |

PARTIDA 61

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|--------------|----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES) | NIHON KOHDEN | MEB-9400 | 1586 | 201680042562 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$155,000.00 | 2 |

INELBIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA 12

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO SIN IVA | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|-------|-----------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247551081A1U | 201900009117 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$70,000.00 | 2 |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247751081A1U | 201900009118 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$70,000.00 | 2 |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | TECME | NEUMOVENT | 191247701081A1U | 201900009119 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$70,000.00 | 2 |

PARTIDA 16

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO SIN IVA | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV0908938 | 200980004424 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$70,000.00 | 2 |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO | IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV0908939 | 200980004425 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$70,000.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

PARTIDA 23

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO SIN IVA | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--------------------------------|-------|-----------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLYO | M310/M310 | KLED17K152 / MCH3E17L199,200 | 201880000616 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$55,000.00 | 2 |
| 2 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLYO | M310/M310 | KLED17K149 / MCH3E171197,98 | 201880000615 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$55,000.00 | 2 |
| 3 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | KLYO | M310/M310 | KLED17K119 | S/N | HGZ 2 CÁRDENAS | \$55,000.00 | 2 |

PARTIDA 60

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO SIN IVA | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|-------|--------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 1 | UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA, CUBIERTA DESPLAZABLE EQUIPO DIGITAL. | OSKO | XR5 | LSS21709040 | 201700026727 | UMF 48 POMOCA | \$397,995.40 | 2 |

JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA

PARTIDA 3

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|--------|-----------|--------------|-----|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE SIN FOTOTERAPIA | OHMEDA | OHIO 3300 | HCCJ11066 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$18,000.00 | 2 |

PARTIDA 7

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-----------|----------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 1 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO GRANDE (CON DOS PUERTAS. ANTERIOR Y POSTERIOR) | TUTTNAUER | 69150 | 16070152 | 201700022737 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$70,000.00 | 2 |
| 2 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082217 | 201600022612 | UMF 03 TACOTALPA | \$17,000.00 | 2 |
| 3 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082206 | 201600022623 | UMF 05 SANTA ROSALIA | \$17,000.00 | 2 |
| 4 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082215 | 201600022608 | UMF 11 | \$17,000.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|-----------|----------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 5 | Y MAXILOFACIAL ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082211 | 201600022627 | COMALCALCO UMF 14 20 DE NOVIEMBRE | \$17,000.00 | 2 |
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082212 | 201600022625 | UMF 15 CD. PEMEX | \$17,000.00 | 2 |
| 7 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082202 | 201600022588 | UMF 18 TEAPA | \$17,000.00 | 2 |
| 8 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082214 | 201600022580 | UMF 18 TEAPA | \$17,000.00 | 2 |
| 9 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082204 | 201600022615 | UMF 21 PARAISO | \$17,000.00 | 2 |
| 10 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082203 | 201600022577 | UMF 23 HUMANGUILLO | \$17,000.00 | 2 |
| 11 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082205 | 201600022618 | UMF 26 JALPA DE MENDEZ | \$17,000.00 | 2 |
| 12 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082209 | 201600022592 | UMF 30 JONUTA | \$17,000.00 | 2 |
| 13 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082207 | 201600022624 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | \$17,000.00 | 2 |
| 14 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082208 | 201600022621 | UMF 36 BALANCAN | \$17,000.00 | 2 |
| 15 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082200 | 201600022576 | UMF 39 VILLAHERMOSA | \$17,000.00 | 2 |
| 16 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082218 | 201600022581 | UMF 39 VILLAHERMOSA | \$17,000.00 | 2 |
| 17 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082210 | 201600022584 | UMF 41 BENITO JUAREZ | \$17,000.00 | 2 |
| 18 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082216 | 201600022575 | UMF 43 VILLAHERMOSA | \$17,000.00 | 2 |
| 19 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082213 | 201600022587 | UMF 44 VILLAHERMOSA | \$17,000.00 | 2 |
| 20 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082201 | 201600022579 | UMF 47 VILLAHERMOSA | \$17,000.00 | 2 |
| 21 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | Tuttnauer | 2540 EVB | 16082219 | 201600022626 | UMF 38 VILLAHERMOSA | \$17,000.00 | 2 |

PARTIDA 9

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|----------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|
| 6 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO | TEMAZCALLI SIGLO XXI | TG-3 | 1372-A | 200900012894 | UMF 47 | \$35,000.00 | 2 | \$70,000.00 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS | IMPORTE |
|-----|---|---------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 7 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | M11 | 201900011464 | | UMF 20 | \$17,000.00 | 2 | \$34,000.00 |
| 9 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | LORMA | AV07 | 32331 | SIN | UMF 27 | \$12,000.00 | 2 | \$24,000.00 |
| 12 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | M11 | V1950614 | 201700026733 | UMF 48 POMOCA | \$17,000.00 | 2 | \$34,000.00 |
| 13 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | MIDMARK | MII-020 | V1909113 | 201800020743 | UMF 21 | \$17,000.00 | 2 | \$34,000.00 |
| 1 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA | FEHLMEX | MAYA M-20 | MB-17904 | 202180003248 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$17,000.00 | 2 | \$34,000.00 |

PARTIDA 59

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | FIJODENT | SPECTRUM LOB | SPT10284-SPT17681 | 201500004986 | UMF 45 CARDENAS | \$22,000.00 | 2 |
| 2 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10018 | 201600016839 | UMF 47 VILLAHERMOSA | \$22,000.00 | 2 |
| 3 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10039 | 201600016840 | UMF 47 VILLAHERMOSA | \$22,000.00 | 2 |
| 4 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10067 | 201600016830 | UMF 18 TEAPA | \$22,000.00 | 2 |
| 5 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10058 | 201600016828 | UMF 39 VILLAHERMOSA | \$22,000.00 | 2 |
| 6 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10059 | 201600016856 | UMF 39 VILLAHERMOSA | \$22,000.00 | 2 |
| 7 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10042 | 201600016844 | UMF 43 VILLAHERMOSA | \$22,000.00 | 2 |
| 8 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO (CON COMPRESOR) | TPC | MIRAGE | L2000-10038 | 201600016846 | UMF 44 VILLAHERMOSA | \$22,000.00 | 2 |

PRO LAB RX, S.A. DE C.V.

PARTIDA 25



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|--------|----------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (PARA CIRUGÍA GENERAL) | MEDIFA | 601700 | 21894 | 201780007540 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,975.00 | 2 |
| 2 | MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (PARA CIRUGÍA GENERAL) | MEDIFA | 601700 | 21895 | 201780007541 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,975.00 | 2 |
| 3 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA) | MEDIFA | 601700 | 23473 | 201980000399 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,975.00 | 2 |
| 4 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA) | MEDIFA | 601700 | 23477 | 2019800007738 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,975.00 | 2 |
| 5 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA) | MEDIFA | 601700 | 23476 | 2019800007739 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,975.00 | 2 |
| 6 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA) | MEDIFA | 601700 | 23478 | 2019800007740 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,975.00 | 2 |
| 7 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160-G | 08-645 | 200800026200 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,975.00 | 2 |
| 8 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160 | 08-643 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,975.00 | 2 |
| 9 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA GINECOLÓGICA | BAME | 160 | 08-644 | 200800026206 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$20,975.00 | 2 |
| 10 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA UROLOGÍA) | MEDIFA | 601700 | 23448 | 201980000401 | HGZ 02 CARDENAS | \$20,975.00 | 2 |
| 11 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA) | MEDIFA | 601700 | 23472 | 201980000400 | HGZ 02 CARDENAS | \$20,975.00 | 2 |
| 12 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA | BAME | 2200 SBR | 2A253-02-0003 | 201500004110 | HGS 4 TENOSIQUE | \$20,975.00 | 2 |
| 13 | MESA QUIRÚRGICA HIDRÁULICA | Amsco | 1080 | S/N | 1999027126 | HGS 4 TENOSIQUE | \$20,975.00 | 2 |

PARTIDA 28

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|----------|------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MEDILUX 12 | 101061 | 201180002022 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |
| 2 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MEDILUX 12 | 101071 | 201180002024 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |
| 3 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150427 | 201580001254 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |
| 4 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150428 | 201580001255 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |
| 5 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160757 | 201680015303 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |
| 6 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160756 | 201680015304 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 7 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160755 | 201680015305 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |
| 8 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150427 | 201580001254 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |
| 9 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-12 | 150428 | 201580001255 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |
| 10 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160760 | 2016800013308 | UMF 43 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |
| 11 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | IROSCOPE | MG-18 | 160759 | 2016800015306 | UMF 43 VILLAHERMOSA | \$7,300.00 | 2 |
| 12 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | Hund/Heimut | Medicus Plus | 1029761 | 201700021221 | HGS 4 TENOSIQUE | \$7,300.00 | 2 |
| 13 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | Hund/Heimut | Medicus Plus | 1030448 | 201700021222 | HGS 4 TENOSIQUE | \$7,300.00 | 2 |

PARTIDA 29

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA (AUTOMÁTICO) | LEICA | RM2245 | 11308 | 201600030289 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$33,600.00 | 2 |
| 2 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA (AUTOMÁTICO) | LEICA | RM2245 | 11306 | 201600030288 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$16,100.00 | 2 |
| 3 | UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA | THERMO SCIENTIFIC | HISTOSTAR | HS5029A1607 | 201680010236 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$17,050.00 | 2 |
| 4 | PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS. | LEICA | TP1020 | 6926 | 201680010236 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$24,850.00 | 2 |
| 5 | MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN TIPO CRIOSTATO | LEICA | CM1520 | 839 | 201600030277 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,900.00 | 2 |

PARTIDA 30

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|-------|----------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1 | MICROSCOPIO OFTALMOLÓGICO QUIRÚRGICO BÁSICO (EN OPERACIÓN) | LEICA | M220 F12 | 241214002 | 201600016874 | HGZ 2 CARDENAS | \$23,900.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

PARTIDA 38

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | COLPOSCOPIO | KARL KAPS | SOM 52 | 20054 | 201280002283 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$23,250.00 | 2 |
| 2 | COLPOSCOPIO | KARL KAPS | SOM 52 | 20050 | 201180000881 | HGZ 02 Cárdenas | \$23,250.00 | 2 |

PARTIDA 55

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|------------|-----------------|--------------|-----|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES | DAKRON | DF-2828 | 1200629 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$18,250.00 | 2 |
| 2 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES | DAKRON | DV-2825 | 0101003 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$18,250.00 | 2 |
| 3 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES | DAKRON | DF-2516H | 0101011 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$18,250.00 | 2 |
| 4 | BAÑO TANQUE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES | METRON | S/M | S/N | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$18,250.00 | 2 |
| 5 | TINA DE HUBBARD | FERNO-ILLE | 825-1 | 210223 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$23,250.00 | 2 |
| 6 | TINA HORIZONTAL | ARJO | SONATA (180420) | US0794 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$19,900.00 | 2 |

SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA 39

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 7311907 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$11,362.50 | 2 |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 7231918 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$11,362.50 | 2 |
| 3 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCED | ECG-12C | 360777-M17401960029 | 202080032048 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$11,362.50 | 2 |
| 4 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 7311906 | 201980001703 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$11,362.50 | 2 |
| 5 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 7311904 | 201980001700 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$11,362.50 | 2 |
| 6 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 7311905 | 201980001701 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$11,362.50 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|------------|----------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 7 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | CARDIOLINE | ECG 200S | 7311909 | 201980001706 | HGS 4 TENOSIQUE | \$11,362.50 | 2 |
| 8 | ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | ECG 200S | 8011710 | 201800022627 | UMF21 PARAISO | \$11,362.50 | 2 |
| 9 | ELECTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | EC62005 | 7311901 | 20180001699 | UMF18 TEAPA | \$11,362.50 | 2 |

PARTIDA 40

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|----------|-----------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCE | ECG-12C | 460049- M15910430001 | 201580001637 | UMF27 | \$12,083.50 | 2 |
| 2 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | MALTVICK | MIRELLE | WME-MIR-0212- 0176 | 201700026204 | UMF48 | \$12,083.50 | 2 |
| 3 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCED | ECG-12C | 460049- M16B02790039 | 201700022412 | UMF47 | \$12,083.50 | 2 |
| 4 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | ADVANCED | ECG-12C | 460049- M15905160094 | 201580001664 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$12,083.50 | 2 |
| 5 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | BTL | BTL-08-LT | 07310B001813 | 201680031176 | UMF 20 FRONTERA | \$12,083.50 | 2 |

PARTIDA 51

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880363 | 202080009929 | CAT | \$9,196.00 | 2 |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880364 | 202080009930 | CAT | \$9,196.00 | 2 |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880365 | 202080009931 | CAT | \$9,196.00 | 2 |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880366 | 202080009932 | CAT | \$9,196.00 | 2 |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880367 | 202080009933 | CAT | \$9,196.00 | 2 |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 360080-M20408880368 | 202080009934 | CAT | \$9,196.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------|----------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880369 | 202080009935 | CAT | \$9,196.00 | 2 |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880370 | 202080009936 | CAT | \$9,196.00 | 2 |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880371 | 202080009937 | CAT | \$9,196.00 | 2 |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880372 | 202080009938 | CAT | \$9,196.00 | 2 |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880156 | 202080004523 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880178 | 202080004524 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880138 | 202080004437 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880156 | 202080004438 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880173 | 202080004439 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880157 | 202080004440 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880140 | 202080004441 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880134 | 202080004442 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880141 | 202080004443 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880142 | 202080004444 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880144 | 202080004445 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 22 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880149 | 202080004446 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880150 | 202080004447 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880177 | 202080004516 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880131 | 202080004517 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 26 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880137 | 202080004518 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 27 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880176 | 202080004519 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 28 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880155 | 202080004520 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |
| 29 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880160 | 202080004521 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---------------------------|----------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ADVANCED | PM-2000XL PLUS | 3600080-M20408880175 | 202080004522 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$9,196.00 | 2 |

PARTIDA 57

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|-------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO | BTL | BTL-08-LT CARDIPOINT ERGO (E600) | 073-B-01344 | 201500003541.00 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$26,310.00 | 2 |

SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA 2

| No. | Nombre del equipo | Marca | Modelo | No. De serie | NNI | Ubicación | Precio Unitario | Servicios |
|-----|--|----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Medica D | Babycare | 2010C0380 | 201100013759 | HGZ 46 | \$36,500.00 | 2 |
| 2 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Medica D | Babycare | 2010C0385 | 201100013757 | HGZ 46 | \$36,500.00 | 2 |
| 3 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Medica D | Babycare | 2010C0383 | 201100013758 | HGZ 46 | \$36,500.00 | 2 |
| 4 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Medica D | Babycare | 2010C0376 | 201100013752 | HGZ 46 | \$36,500.00 | 2 |
| 5 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Medica D | Babycare | 2010C0379 | 201100013754 | HGZ 46 | \$36,500.00 | 2 |
| 6 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Medica D | Babycare | 2013BC0011 | 201300001727 | HGZ 2 | \$36,500.00 | 2 |

PARTIDA 11

| No. | Nombre del equipo | Marca | Modelo | No. De serie | NNI | Ubicación | Precio Unitario | Servicios |
|-----|---------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart LST | 801631 | 200900002019 | HGZ 46 | \$34,000.00 | 2 |
| 2 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart LST | 801630 | 200900002018 | HGZ 46 | \$34,000.00 | 2 |

PARTIDA 13



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

| No. | Nombre del equipo | Marca | Modelo | No. De serie | NNI | Ubicación | Precio Unitario | No. De Servicios |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart NG | 2016SM741 | 201500006125 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$45,000.00 | 2 |
| 2 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart NG | 2016SM743 | 201500006124 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$45,000.00 | 2 |
| 3 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart NG | 2015SM745 | 201500006123 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$45,000.00 | 2 |
| 4 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart NG | 2015SM742 | 201500006126 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$45,000.00 | 2 |
| 5 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart NG | 2015SM746 | 201500006127 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$45,000.00 | 2 |
| 6 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart NG | 2015SM744 | 201500006128 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$45,000.00 | 2 |

PARTIDA 14

| No. | Nombre del equipo | Marca | Modelo | No. De serie | NNI | Ubicación | Precio Unitario | No. De Servicios |
|-----|---------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 640 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 2 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 535 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 3 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 578 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 4 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 583 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 5 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 566 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 6 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 584 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 7 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 649 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 8 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 627 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 9 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 565 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 10 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 510 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 11 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 479 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 12 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 477 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 13 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 455 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 14 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 449 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 15 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 446 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 16 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 445 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 17 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 443 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 18 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 406 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 19 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 288 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 20 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 287 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 21 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 491 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 22 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 444 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$34,000.00 | 2 |
| 23 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Medica D | Smart CPT | 2020SMT 447 | S/N | HGZ 2 | \$34,000.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

PARTIDA 53

| No. | Nombre del equipo | Marca | Modelo | No. De serie | NNI | Ubicación | Precio Unitario | No. De Servicios |
|-----|---|----------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE | LUTECH | DATALYS 760 | K5200621009F | 202080032047 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE | LUTECH | DATALYS 760 | K5200621007F | 202080032046 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15383 | 201500006117 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15414 | 201500006112 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15084 | 201500006116 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15128 | 201500006115 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15459 | 201500006114 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC15400 | 201500006113 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRASLADO | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2014LC12364 | 201500006180 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2017LCM12001 | 201700022423 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | LOGICARE 2000 | 2017LCM12002 | 201700022424 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$14,500.00 | 2 |
| 14 | MONITOR SIGNOS VITALES | PLARRE | BSM-301K | 29836 - Z008 | | HGS 4 TENOSIQUE | \$14,500.00 | 2 |

SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA 1

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|----------|----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28940 | 201500006106 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$25,982.00 | 2 |
| 2 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28937 | 201500006111 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$25,982.00 | 2 |
| 3 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28938 | 201500006109 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$25,982.00 | 2 |
| 4 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28941 | 201500006108 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$25,982.00 | 2 |
| 5 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28939 | 201500006107 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$25,982.00 | 2 |
| 6 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | IN28942 | 201500006110 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$25,982.00 | 2 |
| 7 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | AP17-086 | 201880000595 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$25,982.00 | 2 |
| 8 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | AP17-087 | 201880000596 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$25,982.00 | 2 |
| 9 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | AP17-085 | 201880000594 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$25,982.00 | 2 |
| 10 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | AP17-089 | 201880000597 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$25,982.00 | 2 |
| 11 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | ATMOSCAR | EXSPECTA | AP17-088 | 201880000598 | HGZ 2 CÁRDENAS | \$25,982.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

PARTIDA 4

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|-------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO | ATOM | AIR INCU I | 2760229 | 201700030077 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$31,212.00 | 2 |
| 2 | INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO | ATOM | AIR INCU I | 2760230 | 201700030078 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$31,212.00 | 2 |

PARTIDA 15

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|---|---------------------|------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | HEINEN & LOWENSTEIN | LEONI PLUS | 0217004HUL 44501230 | 201500006136 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$42,136.00 | 2 |
| 2 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICA NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | HEINEN & LOWENSTEIN | LEONI PLUS | 0217004HUL 44501235 | 201500006137 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$42,136.00 | 2 |

PARTIDA 21

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN | PRECIO UNITARIO | NO. DE SERVICIOS |
|-----|--|-------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIRE CAREFUSION | AVEA | BKV01271 | 201980002972 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$37,362.60 | 2 |
| 2 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIRE CAREFUSION | AVEA | BKV01279 | 201980002973 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$37,362.60 | 2 |
| 3 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIRE CAREFUSION | AVEA | BKV01276 | 201980002974 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$37,362.60 | 2 |
| 4 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIRE CAREFUSION | AVEA | BKV01273 | 201980002975 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$37,362.60 | 2 |
| 5 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | VYAIRE CAREFUSION | AVEA | BKV01275 | 201980002976 | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$37,362.60 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.
PARTIDA 49

| No. | Nombre del Equipo | Marca | Modelo | No. de Serie | NNI | Ubicación | Precio Unitario | No. de Servicios |
|-----|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023694119 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023634119 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 10002774119 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100052193319 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100027894119 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100078413619 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100051474319 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023574119 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023894119 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100028104119 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 11 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | 100023674119 | S/N | HGZ 46 VILAHERMOSA | \$28,900.00 | 2 |
| 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM 75CT-B | (21)100051164319 | 201980007696 | UMF 33 EMILIANO ZAPATA | \$28,900.00 | 2 |
| 13 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100050974319 | | HGS 4 TENOSIQUE | \$28,900.00 | 2 |
| 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | EN VISOR C HD | USD0801280 | | HGS 4 TENOSIQUE | \$28,900.00 | 2 |
| 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100027934119 | | HGS 4 TENOSIQUE | \$28,900.00 | 2 |
| 16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100023754119 | | HGS 4 TENOSIQUE | \$28,900.00 | 2 |
| 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSN 75CT-B | 100023644119 | | HGS 4 TENOSIQUE | \$28,900.00 | 2 |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | | 201980007685 | UMF 05 | \$28,900.00 | 2 |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 100028114119 | 201980007727 | UMF 08 | \$28,900.00 | 2 |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 100050944319 | 201980007728 | UMF 10 | \$28,900.00 | 2 |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 100027784119 | 201980007686 | UMF 12 | \$28,900.00 | 2 |
| 22 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 100093764719 | 201980007730 | UMF 13 | \$28,900.00 | 2 |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 10023364019 | 202080025279 | UMF 14 | \$28,900.00 | 2 |
| 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 10023364019 | 202080025279 | UMF 21 | \$28,900.00 | 2 |
| 25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 2100050964319 | 201980007732 | UMF 20 | \$28,900.00 | 2 |
| 26 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM75CT-B | 100023914119 | 201980007720 | UMF 48 | \$28,900.00 | 2 |
| 27 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM75CT-B | 100023604119 | 201980007722 | UMF 48 | \$28,900.00 | 2 |
| 28 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CSM75CT-B | 100023524119 | 201998007721 | UMF 48 | \$28,900.00 | 2 |
| 29 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 2110002782419 | | UMF 21 | \$28,900.00 | 2 |
| 30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 100027904119 | 201980007737 | UMF 23 | \$28,900.00 | 2 |
| 31 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 100027914119 | 201980007687 | UMF 45 | \$28,900.00 | 2 |
| 32 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 100078463619 | 201980007689 | UMF 45 | \$28,900.00 | 2 |
| 33 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | SN(21)100051164319 | 201980007696 | UMF 33 | \$28,900.00 | 2 |
| 34 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | | 201980007725 | UMF 15 | \$28,900.00 | 2 |
| 35 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | | 901058 | 201980007690 | UMF 18 | \$28,900.00 | 2 |
| 36 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE | WELCH ALLYN | CORE | 0021167 | 201980007726 | UMF 27 | \$28,900.00 | 2 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

ZENTILIA LAB S.A.P.I. DE C.V.

Partida 18

| No. | Nombre del equipo | Marca | Modelo | No. De serie | NNI | Ubicación | Precio Unitario | No. De Servicios |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------|--------------|-----|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Siare | Siaretron 4000 | 62736 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$192,000.00 | 2 |
| 2 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Siare | Siaretron 4000 | 62586 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$192,000.00 | 2 |
| 3 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Siare | Siaretron 4000 | 62734 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$192,000.00 | 2 |
| 4 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Siare | Siaretron 4000 | 62655 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$192,000.00 | 2 |
| 5 | Ventilador neonatal-pediátrico-adulto | Siare | Siaretron 4000 | 62797 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA | \$192,000.00 | 2 |

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato abierto adjudicado.

Las cantidades mínimas y máximas requeridas, solo serán referenciales y se ajustaran al presupuesto disponible o dictaminado.

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$143,160.42 (ciento cuarenta y tres mil ciento sesenta pesos 42/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$357,901.06 (Trescientos cincuenta y siete mil novecientos un pesos 06/100 M.N), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para ADALU INGENIERIA, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-001-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$584,619.45 (Quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos diecinueve pesos 45/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$1,461,548.62 (un millón cuatrocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos 62/100 M.N), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-002-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$85,855.55 (ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 55/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$214,638.87 (doscientos catorce mil seiscientos treinta y ocho pesos 87/100 M.N), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-003-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$403,712.39 (cuatrocientos tres mil setecientos doce pesos 39/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$1,009,280.98 (un millón nueve mil doscientos ochenta pesos 98/100 M.N), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para CASONATO STEELCO SPA, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-004-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$711,698.18 (Setecientos once mil seiscientos noventa y ocho pesos 18/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$1,779,245.45 (Un millón setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos 45/100 M.N), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para GERD YERIK, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-005-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. **LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024**, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$435,682.69 (Cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos 69/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$1,089,206.73 (un millón ochenta y nueve mil doscientos seis pesos 73/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para INELBIO, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-006-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$320,202.14 (Trescientos veinte mil doscientos dos pesos 14/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$800,505.36 (ochocientos mil quinientos cinco pesos 36/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para JOSE NATIVIDAD GUILLEN TAPIA, el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-007-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$324,795.21 (Trecientos veinticuatro mil Setecientos noventa y cinco pesos 21/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$811,988.02 (Ochocientos once mil novecientos ochenta y ocho pesos 02/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para PRO LAB RX, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-008-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$221,836.62 (Doscientos veintiún mil ochocientos treinta y seis pesos 62/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$554,591.55 (Quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos 55/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-009-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$722,005.73 (Setecientos veintidós mil cinco pesos 73/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$1,805,014.33 (un millón ochocientos cinco mil catorce pesos 33/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-010-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$295,531.31 (Doscientos noventa y cinco mil quinientos treinta y un pesos 31/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$738,828.27 (Setecientos treinta y ocho mil ochocientos veintiocho pesos 27/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-011-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$248,240.17 (Doscientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta pesos 17/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$620,600.43 (Seiscientos veinte mil seiscientos pesos 43/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para VITER MEDICAL, S.A. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-012-00

El presupuesto mínimo a ejercer será de \$229,056.68 (Doscientos veintinueve mil cincuenta y seis pesos 68/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA y el presupuesto máximo a ejercer será de \$572,641.69 (Quinientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos 69/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado IVA, para ZENTILIA LAB S.A.P.I. DE C.V., el cual queda identificado con el número de Contrato 050GYR015N06124-013-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

Los contratos contarán con una vigencia del **31 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024**, así mismo los licitantes adjudicados deberán expedir una fianza por el 10% del monto máximo a ejercer.

SEGUNDO: De conformidad con lo asentado en el numeral 12.2 de la convocatoria, los licitantes adjudicados firmarán los contratos dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha de emisión del fallo, en horario de 08:00 a 16:00 horas en la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, sita en calle Paseo Usumacinta No. 95, Colonia Primero de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco, después de formalizarse los contratos, los licitantes adjudicados tiene un plazo máximo de 10 días naturales, para presentar la garantía de cumplimiento de obligaciones de conformidad con el punto 13.1 de la convocatoria y 48 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

TERCERO: Se reitera a los licitantes adjudicados que la prestación del servicio, deberá efectuarse conforme lo establecido en la Convocatoria de la Licitación.

CUARTO: Contra la resolución contenida en este Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A continuación se indican las partidas que resultaron **desiertas**, de conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

DESIERTAS

PARTIDA 5

| NO. | INCUBADORA DE TRASLADO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|------------------------|-------------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | | | SAPS | ISOTERM SCALE | VE12-120 | 201500006172 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 6

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|--|----------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | INCUBADORA DE TRASLADO | ANVE | ROMIT | ITR-005 | 201700027072 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 2 | INCUBADORA DE TRASLADO | ADVANCED | A-3158 | CF-5523 | 201200012069 | HGZ 2 CÁRDENAS |
| 3 | INCUBADORA DE TRASLADO | ADVANCED | A-3158 | CF-5520 | 201300012070 | HGZ 2 CÁRDENAS |
| 4 | INCUBADORA DE TRASLADO | MEDIX | TR-306 | SIN | 200500013301 | HGZ 2 CÁRDENAS |
| 5 | INCUBADORA DE TRASLADO | ANVE | ROMIT | ITR-005-1B | 201800021283 | HGZ 2 CÁRDENAS |
| 6 | INCUBADORA PEDIÁTRICA/NEONATAL DE TRANSPORTE | FINESA | Materiai Movil Care | SIN | 1980349335 | HGZ 4 TENOSIQUE |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

PARTIDA 22

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) | KLS MARTIN | MARLED E9I-E9I | ME9IB331715C3109 ME9IB331715C3108 | 201500001349 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 24

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL1607160 LED VARIO + UPS | ID1600419410411 | 201980009112 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 2 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL1607160 LED VARIO + UPS | ID1600419411415 | 201980009113 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 3 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL1607160 LED VARIO + UPS | ID16004194118419 | 201980009109 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 4 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL1607160 LED VARIO + UPS | ID1600419417416 | 201980009110 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 5 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL1607160 LED VARIO + UPS | ID1600419413412 | 201980009111 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 5 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL1607160 LED VARIO + UPS | ID-30087-038-048-30102019 | 2016800252 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 6 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DEWIMED | DEWILUX DL1607160 LED VARIO + UPS | ID-30087-039-048-30102019 | 201980009106 | HGZ 2 CÁRDENAS |
| 7 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | DeWILUX dl1607160 led vario + ups | ID-30087-040-048-30102019 | ID-30087-039-048-30102019 | 201980009107 | HGZ 2 CÁRDENAS |
| | | | | 201980009108 | DeWILUX dl1607160 led vario + ups | HGS 4 TENOSIQUE |

PARTIDA 26

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|---|-------|----------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | LED | SURTRON 400 HP | 5180218057 | 201800020146 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 2 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | LED | SURTRON 400 HP | 5180220489 | 201800020148 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 3 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | LED | SURTRON 400 HP | 5180218055 | 201800020145 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 4 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | LED | SURTRON 400 HP | 5180220495 | 201800020147 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 5 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | LED | SURTRON 200 | 3650225648 | 201800035893 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 6 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238889 | 201980007898 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 7 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238888 | 201980007897 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 8 | UNI AD DE ELECTROCIROLOGIA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238886 | 201980007899 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 9 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA DE USO GENERAL | LED | SURTRON 400 HP | 5180238897 | 201980007900 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 10 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | LED | SURTRON 400 HP | 5180187369 | 201680012142 | HGZ 2 CÁRDENAS |
| 11 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | LED | SURTRON 400 HP | 5180187370 | 201680012143 | HGZ 2 CÁRDENAS |
| 12 | Unidad de electrocirologia de uso general | LED | Surtron 400 HP | 5180238895 | 201980007901 | HGSZ 4 TENOSIQUE |

PARTIDA 27

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|---|--------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | SORING | MBC-801 | 912394 | 201500000003 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 2 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | SORING | MBC-801 | 912316 | 201500000004 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 3 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | SORING | MBC-801 | 912286 | 201500000005 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 4 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | SORING | MBC-801 | 912322 | 201500000006 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 5 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | ALSA | Excelit 250 MCDSe | 443-0607 | 200800026235 | HGS 4 TENOSIQUE |
| 6 | Unidad de electrocirologia de uso general | Alsa | Excelit 250 MCDSe | 3085-0717 | 202100035321 | HGZ 2 CÁRDENAS |
| 7 | Unidad de electrocirologia de uso general | Alsa | Excelit 250 MCDSe | 3087-0718 | 202100035322 | HGZ 2 CÁRDENAS |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

PARTIDA 31

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | REFRACTORY QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO | ODO | ODO 005KR | 1801805 | SIN | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 2 | REFRACTORY QUERATÓMETRO AUTOMÁTICO | TOPCON | KR-8900 | 4372047 | 201980001253 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 33

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|-------------------------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | LÁMPARA DE HENDIDURA CON FOTOGRAFÍA | TOPCON | SL-D701 + DC4 +BC5 | Z170787 | 201980002143 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 2 | LÁMPARA DE HENDIDURA CON FOTOGRAFÍA | TOPCON | SL-D701 + DC4 +BC5 | Z170788 | 201980002144 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 34

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|-------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFÍA | TOPCON | TRC-50DX | 9451608 | 201980002141 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 36

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|---|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA OFTALMOLÓGICA | OPTIKON | HI-SCANTOUCH | 474BH | 202080000714 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 37

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|--|----------|---|--|--------------|---------------------|
| 1 | VIDEODOSCOPIO ADULTO CON TORRE (CON GASTROSCOPIO, DUDOSCOPIO Y COLONOSCOPIO) | FUJIFILM | EXP-4450HD EG-550WR EC-530WL3 ED-550XT | 2V5686250 250956886 2G361K750 2D102K013 | 201600021661 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 42

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|----------------------------------|-------------|--------|---------------|--------------|---------------------|
| 1 | SABANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE | IOB MEDICAL | IS05 | WU201906050EN | 201980006458 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 2 | SABANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE | IOB MEDICAL | IS05 | WU201906057EN | 201980006457 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 43

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|-----------------------------|-------|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTÁTIL | FUJI | FUJIFILM | MQ00012A7070 | 202180002025 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

PARTIDA 43

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|---|---------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4156 | 201800003784 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 2 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4155 | 201800003785 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 3 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4154 | 201800003786 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 4 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | (21) 4153 | 201800003787 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 5 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | Philips | Practix 360 | 2205675 | 201500005586 | HGS 4 TENOSIQUE |

PARTIDA 44

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|-----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL | Philips | Practix 360 | 2205675 | 201500005586 | HGS 4 TENOSIQUE |
| 2 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL | Philips | Practix 300 | 03.56.1067 | 200490020089 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 45

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|------------------------|--------------|----------|--------------|-----|---------------------|
| 1 | RINOLARINGOFIBROSCOPIO | RICHARD WOLF | 7223.001 | 1100564913 | S/N | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 54

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|---|-------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE STIM C-2777 | T6450 | 201500005959 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 2 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE STIM C-2777 | T6469 | 201500005960 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 3 | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C-2776 | T23875-T51604 | 201500005978 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 4 | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C-2776 | T23880-T51489 | 201500005979 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 5 | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | CHATTANOOGA | INTELECT MOBILE ULTRA C-2776 | T23875-T51160 | 201500005960 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |

PARTIDA 58

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | SORVALL ST 16 CENTRIFUGE | LAB-TECH | THELMO SCIENTIFIC | 42542722 | 20180002884 | UMF 43 VILLAHERMOSA |
| 2 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS | HERMIE LABORTECHNIK GMBH | Z.206 A | 60165056 | 201600014178 | UMF 43 VILLAHERMOSA |
| 3 | ESTUFA BACTERIOLOGICA | FELISA | FE-B20 | 1608022 | 201600015553 | UMF 43 VILLAHERMOSA |
| 5 | ESTUFA BACTERIOLOGICA | FELISA | 200205 | S/S | 201600015554 | HGZ 02 CARDENAS |
| 6 | ESTUFA BACTERIOLOGICA | HERMIE LABORTECHNIK GMBH | MEDIFUGUE 16 | 41999189 | 201600010235 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |
| 7 | CENTRIFUGA HORIZOM | ELITE-THE DRUCKER CO. | 755V/24 | | 1997005446 | HGS 4 TENOSIQUE |

PARTIDA 62

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL | ALOKA | PROFOUND A7 | 20003512 | 201100003557 | HGZ 46 VILLAHERMOSA |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Médicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco**, que se efectúa con fundamento en el artículo 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

PARTIDA 63

| NO. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | NNI | UBICACIÓN |
|-----|-------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | ULTRASONÓGRAFO | ESAOTE | SIM | S/S | 201680010320 | HGZ 02 CARDENAS |

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se emite el presente Fallo, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día 30 del mes de enero de 2024; mismo que a continuación firman al margen y al calce los funcionarios facultados para presidir e intervenir en los actos de la Licitación. ----

----- C O N S T E -----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|--|--|--------------|
| Lic. Hugo Pérez López | Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | |
| Ing. Bismar Vázquez Camacho | Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales | |
| Ing. Karim Tapia Quevedo | Ingeniero Biomédico | |
| Lic. Jose Pablo Broca Camas | Encargado de la Jefatura de Servicios Jurídicos | No asistió |
| Lic. Ulises Francisco Balboa Mollinedo | Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Quejas, Denuncias e Investigaciones y Responsabilidades, del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social | No asistió |
| Ing. Oliver Payró González | N47 Líder de Proyecto | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Número de Registro PREI
CCON242825080018

ANEXO 04 (CUATRO) DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
Jefatura De Servicios Administrativos
Departamento de Conservación
y Servicios Generales

Villahermosa, Tabasco a 03 de noviembre de 2023

Memorándum No. 289001-100100/857/2023

Nombre Completo: Ing. Bismar Vazquez Camacho
Cargo: Encargado del DCSG
Área de adscripción en el IMSS: DCSG
Domicilio institucional: Av. Cesar Sandino 102 COL. 1 era. de Mayo, Vhsa. Tab.
Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]
Clave Única de Registro de Contribuyentes: [REDACTED]
Correo electrónico institucional: bismar.vazquez@imss.gob.mx
Teléfono Institucional: 9933522220

Con el propósito de dar cumplimiento al penúltimo párrafo del Artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en la materia, aprobadas por el H. Consejo Técnico 06 de octubre 2023; le designo como **Administrador de Contrato** a celebrarse por la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, para el:


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA ESTATAL TABASCO, EJERCICIO 2024.

En estricto apego a lo antes mencionado, deberá dar puntual seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la entrega de los bienes, supervisar el cálculo y aplicación de las deducciones y penas convencionales, entre otros.

En apego a las Políticas, Bases y Lineamientos en la materia, el Administrador del Contrato deberá ser designado por escrito y podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares deberán ser designados por escrito, y serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

Sin otro particular, me es grato enviarle un saludo cordial.

Atentamente


Lic. Isaac Ignacio Silva Cárdenas
Titular de la Jefatura de Servicios
Administrativos.

Acepto:


Ing. Bismar Vazquez Camacho
Encargado del Departamento de
Conservación y Servicios Generales
Matrícula: 99280618
Fecha de Recibido: 3/4/23

SE TESTAN DATOS SENSIBLES, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE UNA(S) PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, Y CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA; EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ART. 113 DE LA LFTAIY Y CUYOS DATOS CORRESPONDEN A: RFC DE SERVIDOR PÚBLICO

Acuse.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Número de Registro PREI
CCON242825080018

ANEXO 05 (CINCO) FORMATO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

FORMATO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL SERVICIO SIN INCLUIR EL IVA-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA GARANTIZAR POR **(NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)**, CON DOMICILIO EN **(DOMICILIO DE LA EMPRESA)**, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL SERVICIO DE **(ADQUISICIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIO)**, NÚMERO **(NÚMERO DE SERVICIO)**, DE FECHA **(FECHA DE FALLO)**, QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN **(ESPECIFICAR SI FUE PROCEDIMIENTO DE PROVEEDOR PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ADJUDICACIÓN DIRECTA, Y EL NÚMERO DE ÉSTA)**, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN (O PRESTACIÓN) DE **(OBJETO DEL SERVICIO)**; LA PRESENTE FIANZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE **(SE DEBERÁ INSERTAR EL LAPSO DE VIGENCIA QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN EL SERVICIO)**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO; AFIANZADORA **(ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA)**, EXPRESAMENTE CONSIENTE: **A)** QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL SERVICIO ARRIBA INDICADO; **B)** QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL **(NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)**, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL SERVICIO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE FIANZA, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DE LA FIANZA, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL **(NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)**, LA RESCISIÓN DEL SERVICIO; **C)** QUE PAGARÁ AL INSTITUTO EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS O LA PARTE PROPORCIONAL DEL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS CONFORME SE HAYA ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA **(PONER CLÁUSULA DEL SERVICIO REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO [DÉCIMA CUARTA])** DEL SERVICIO ARRIBA REFERIDO **D)** QUE LA FIANZA SÓLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; **E)** QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; **F)** QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; **G)** QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, **H)** QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PRESERVA SU DERECHO DE HACER EXIGIBLE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA, POSTERIORMENTE A QUE SE HAYA DICTADO RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES; AFIANZADORA **(ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA)**, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279 y 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero Único de Contrato
050GYR015N06124-005-00

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-61-2024

Número de Registro PREI
CCON242825080018

ANEXO 06 (SEIS) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000010698 - 2024

Dependencia Solicitante: D0028 Delegación Tabasco
CCO División de Conservación
28010023 OFNAS DELEGACIONALES

Descripción:

Servicio: C. EQ. MED. ELECTRONICA

Fecha Impresión: 09/10/2023 Fecha Validación: 09/10/2023

Importe Cuenta Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos): \$ 13,706,550.00 42062508 35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrume

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 13,706.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 13,706,550.00
TRECE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

LIC. ISAAC IGNACIO SILVA CÁRDENAS

Autorizó

TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.