



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA
LA-50-GYR-050GYR041-N-39-2025


SERVICIO DE MÍNIMA INVASIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
COLECISTECTOMÍA TERAPÉUTICA EN PACIENTES ADULTOS

En la Ciudad de Tlaxcala, siendo las 12:00 horas del día 08 de abril de 2025, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con domicilio en Libramiento Poniente I.P.N. S/N San Diego Metepec, Tlaxcala C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

Con fundamento en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, este acto fue presidido por el Ing. Alejandro Martínez Roa en su carácter de Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, en términos del oficio 309001150100/257/2025, servidor público designado por la Convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto fue asistido por la representante del Área Técnica, Dra. Rosalba Rodríguez Ávila, Directora del Hospital General de Zona/UMF No. 2, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante Dr. Óscar Rolando Ávila Galván, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, quien solventó las preguntas de carácter administrativo; cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el manifiesto de interés en participar, a través de CompraNet, del siguiente licitante:



[Handwritten signature]





Código del Expediente: E-2025-00023891

Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR041-N-39-2025

Número de junta: 1

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaración	Acuse(s) de repreguntas
1	ALCA DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS COMERCIALES SA DE C	4 de abril de 2025 a las 11:00	5 de abril de 2025 a las 10:14	SI	NO
2	ARKANUM SA DE CV	1 de abril de 2025 a las 16:31		NO	NO
3	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	1 de abril de 2025 a las 16:37	1 de abril de 2025 a las 16:37	NO	NO
4	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV	2 de abril de 2025 a las 14:14	2 de abril de 2025 a las 14:16	NO	NO
5	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	1 de abril de 2025 a las 16:45	3 de abril de 2025 a las 15:34	SI	NO
6	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	2 de abril de 2025 a las 14:26	2 de abril de 2025 a las 14:27	SI	NO

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE PREGUNTAS
1	ALCA DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.	Electrónica	02
2	REPUBLICA MÉDICA, S.A. DE C.V.	Electrónica	04
3	VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Electrónica	19

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el interesado, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

Handwritten signatures and initials





Licitante: ALCA DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	6.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA	1. EN EL PUNTO 6 DEL NUMERAL 6.1 DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA SE HACE MENCIÓN A ENTREGAR COPIAS SIMPLES DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DEL O DE LOS MÉDICO(S) ESPECIALISTA(S) QUE REALIZARÁ(N) LOS PROCEDIMIENTOS. ¿LA CONVOCANTE PODRÍA ACLARAR SI ESTE PUNTO APLICA PARA EL TIPO DE SERVICIO SOLICITADO?	SÍ APLICA.
2	6.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA	2- EN EL PUNTO 7 DEL NUMERAL 6.1 DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA SE HACE MENCIÓN A ENTREGAR CARTA EN DONDE SE DESCRIBA EL EQUIPAMIENTO MEDICO CON EL QUE CUENTA EL PROVEEDOR PARA EFECTUAR LA PRESTACION DEL SERVICIO. ¿LA CONVOCANTE PODRÍA ACLARAR SI ES NECESARIO INCLUIR LA DESCRIPCION DEL INSTRUMENTAL MEDICO?	SÍ ES NECESARIO

Licitante: REPUBLICA MÉDICA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	EN LA CONVOCATORIA EN EL PUNTO 6, NUMERAL 6.1, PUNTO 6	SE SOLICITAN COPIAS SIMPLES DE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL DEL MEDICO ESPECIALISTA QUE REALIZARA LOS PROCEDIMIENTOS, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PROFESIONAL DE LA SALUD TENDRÁ LAS FUNCIONES DE SUPERVISAR Y COORDINAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TRAVÉS DEL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS E INSUMOS Y QUE EN NINGÚN CASO SE INVOLUCRARA CON ATENCIÓN DIRECTA A PACIENTE NI NADA RELACIONADO A LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO?	ES CORRECTO
2	PUNTO 6 NUMERAL 5 COPIA SIMPLE DEL RESPONSABLE SANITARIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARA ESTE PUNTO SI BASTARA CON PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DONDE SE HACE MENCION A RESPONSABLE SANITARIO O BIEN SI SE NECESITA PRESENTAR COPIA DEL TITULAR DE RESPNSABLE SANITARIO IFE	SE REQUIERE AVISO DE FUNCIONAMIENTO, COPIA DEL TITULAR RESPONSABLE SANITARIO E IFE
3	PUNTO 6 NUMERAL 4 CIPPAR LICENCIA SANITARIA	ES ENTENDIDO QUE ESTE PUNTO NO APLICA PARA MI REPRESENTADA YA QUE NOSOTROS SOMOS INTEGRAORES DE SERVICIO Y LO UNICO QUE NO APLICA ES AVISO DE FUNCIONAMIENTO ANTE COFEPRIS ES	ES CORRECTO

ca

ca

ca





		CORRECTO	
4	EN EL DOCUMENTO ANEXO TÉCNICO, EN EL ANEXO 3 TABLA SET DE INSTRUMENTAL,	SE SOLICITA APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO LARGO Y EXTRA LARGO, SIN EMBARGO EN LA TABLA PARA CONSUMIBLES DEL MISMO ANEXO NO SE SOLICITA EL INSUMO PARA DICHO INSTRUMENTO, DEBEMOS ASUMIR QUE EL MISMO SERÁ PROPORCIONADO POR LA UNIDAD?	SÍ SE REQUIERE DEL CONSUMIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR.

Licitante: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	CONVOCATORIA (5)	<p>2.2. PLAZO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>Y</p> <p>2.3 CONDICIONES DE ENTREGA</p> <p>DICE:</p> <p>DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIO.</p> <p>PREGUNTA</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PLAZO DE ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL ES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTO, A PARTIR DEL FALLO.
2	CONVOCATORIA (5)	<p>2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>DICE:</p> <p>SE REQUIERE CONTRATACIÓN DE SERVICIO MÉDICO INTEGRAL QUE CUBRA EN LA TOTALIDAD INSUMOS, MEDICAMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPO MÉDICO Y PERSONAL MÉDICO ESPECIALIZADO CON CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA COLECISTECTOMÍA.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA ESTE EVENTO DE LICITACIÓN SE PODRÁN OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, Y QUE SE ENCUENTREN VIGENTES EN EL</p>	SE ACEPTA





		<p>PORTAFOLIO/CATÁLOGO DE PRODUCTOS DEL FABRICANTE Y NO ESTAR DESCONTINUADO POR EL MISMO, ASÍ COMO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. TOMANDO EN CUENTA QUE LA VIGENCIA DEL SERVICIO ES DE DOS MESES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
3	CONVOCATORIA (5)	<p>1.1. IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN. Y</p> <p>9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS</p> <p>DICE:</p> <p>EN CASO DE QUE SE REQUIERAN ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL SERVICIO, ÉSTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL.</p> <p>Y</p> <p>SE VERIFICARÁ LA CONGRUENCIA DE LOS CATÁLOGOS E INSTRUCTIVOS QUE PRESENTEN LOS LICITANTES CON LO OFERTADO EN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR SOLO LAS PORTADAS Y PAGINAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS, EN EL IDIOMA ORIGINAL, Y SI ESTE ES DISTINTO AL ESPAÑOL, NOS PERMITA COLOCAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LA CARACTERÍSTICA REFERENCIADA. ESTO PARA NO SOBRE PASAR LA CAPACIDAD DE TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS EN EL SISTEMA DE COMPRANET (150 MB). Y QUE PARA LA REFERENCIACIÓN, PARA UN MEJOR MANEJO Y EVALUACIÓN, NOS PERMITA REALIZARLOS CON UNA NOMENCLATURA INTERNA, Y DE ESTA FORMA PODER REALIZAR DE UNA MANERA DINAMICA LA BUSQUEDA DEL</p>	<p>SÍ SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p>

M
O





		CUMPLIMIENTO DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	
4	CONVOCATORIA (5)	2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. DICE: SE REQUIERE CONTRATACIÓN DE SERVICIO MÉDICO INTEGRAL QUE CUBRA EN LA TOTALIDAD INSUMOS, MEDICAMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPO MÉDICO Y PERSONAL MÉDICO ESPECIALIZADO CON CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA COLECISTECTOMÍA. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SERVICIO SOLICITADO SERÁ PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL QUE INCLUYA: INSUMOS, INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y PERSONAL TÉCNICO DE APOYO, POR LO QUE NO SE INCLUYEN MEDICAMENTOS YA QUE NO SON SOLICITADOS DENTRO DEL DOCUMENTO "ANEXO 1A (UNO A) ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES" NI PERSONAL MÉDICO ESPECIALIZADO ADICIONAL, AL YA CONTRATADO POR LA UNIDAD MÉDICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA.
5	ANEXO TÉCNICO ANEXO 3	SET DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA GENERAL 2 ADULTO, PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.010 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ADULTO DICE: IQX45 CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL OFERTADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: IQX45 CONTENEDOR O CANASTILLA DE	SE ACEPTA

Handwritten marks: 'a' and 'Duy'





		<p>ESTERILIZACIÓN COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL OFERTADO.</p> <p>Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
6	ANEXO TÉCNICO ANEXO 3	<p>CONSUMIBLES PARA: 10.06.010 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ADULTO</p> <p>DICE:</p> <p>BCB5 AGUJA DE VERES DE 120 A 150 MM., DE LONGITUD, DESECHABLE.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:</p> <p>BCB5 AGUJA DE VERES O DE ACCESO O DE INSUFLACIÓN DE 120 A 150 MM. DE LONGITUD, DESECHABLE.</p> <p>Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA
7	ANEXO TÉCNICO ANEXO 3	<p>CONSUMIBLES PARA: 10.06.010 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ADULTO</p> <p>DICE:</p> <p>BCB87 PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITANIO, ESTÉRIL, DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO/LARGO. CANTIDAD 10</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>CREEMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE SOLICITAN 10 PAQUETES DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITANIO, ESTÉRIL, DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO/LARGO, YA QUE EN LA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN LA CANTIDAD REQUERIDA ERA IGUAL A 2, Y EN PROMEDIO PARA EL PROCEDIMIENTO 10.06.010 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ADULTO, SOLICITADO EN ESTE EVENTO, SE UTILIZAN 2 POR CIRUGÍA. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CANTIDAD</p>	DEBE DECIR 2 PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITANIO, ESTÉRIL, DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO/LARGO

Handwritten initials and marks on the right side of the table.





		QUE SE REQUIERE DE ESTE BIEN DE CONSUMO BÁSICO ES DOS Y NO DIEZ. FAVOR DE ACLARAR.	
8	ANEXO TÉCNICO ANEXO 3	CONSUMIBLES PARA: 10.06.010 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ADULTO DICE: BCB132 TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3 MM Ó 5 MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB132 TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3 MM Ó 5 MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Ó 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 50 A 150 MM., Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
9	ANEXO TÉCNICO ANEXO 4	ANEXO PREGUNTA: ES CORRECTO ENETENDER QUE LA CANTIDAD DE EQUIPO SOLICITADO EN EL NUMERAL VF 1 Y 2, ES IGUAL A UNO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	4 ES CORRECTO
10	ANEXO TÉCNICO ANEXO 4	CIRUGÍA PREGUNTA: ES CORRECTO ENETENDER QUE LA CANTIDAD DEL "SET DE INSTRUMENTAL	2 ES CORRECTA

Handwritten signatures and initials in blue ink.





		<p>PARA CIRUGÍA GENERAL 2 ADULTO, PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.010 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ADULTO" ES IGUAL A UN SET.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DICE:</p> <p>LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 13.-CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE MANIFIESTE "QUE EL INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO Y ACCESORIO A OCUPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS SE ENCONTRARA DEBIDAMENTE ESTERILIZADOS Y/O SANITIZADOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE"</p> <p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ES OBLIGACIÓN DEL TÉCNICO LA LIMPIEZA DEL SET DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO. - ENTREGAR LIMPIO Y ENSAMBLADO EL SET DE INSTRUMENTAL AL ÁREA DE C.E.Y.E., QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. - ES OBLIGACIÓN DEL TÉCNICO SOLICITAR LOS SETS DE INSTRUMENTAL ESTERILIZADO A LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA UNIDAD Y ENTREGARLO 30 MIN ANTES PARA LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA. <p>COMO LO MARCAN LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN EN LAS DIFERENTES LICITACIONES NACIONALES.</p> <p>¿FAVOR DE ACLARAR?</p>	
11	<p>CONVOCATORIA (5) 6.1. PROPOSICIÓN TÉCNICA</p>		<p>SERÁ RESPONSABILIDAD DEL TÉCNICO TENER ESTERILIZADO O SANITIZADO EL MATERIAL A UTILIZARSE EN EL MOMENTO DE LA CIRUGIA</p>
12	<p>ANEXO TÉCNICO ANEXO 4</p>	<p>ANEXO EQUIPO 4</p> <p>DICE:</p> <p>TORRE DE VISUALIZACIÓN (ADULTO/PEDIÁTRICO) QUE INCLUYE: CARRO TRANSPORTADOR, MONITOR, ENDOCÁMARA, PROCESADOR DE VIDEO/UNIDAD DE</p>	<p>SE ACEPTA</p>

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the table.





		<p>CONTROL DE CÁMARA, GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA, FUENTE DE LUZ, INSUFLADOR DE CO2, SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN AUTOMÁTICO Y CAPNÓGRAFO CON OXÍMETRO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DECSRIPCIÓN:</p> <p>TORRE DE VISUALIZACIÓN (ADULTO/PEDIÁTRICO) QUE INCLUYE: CARRO TRANSPORTADOR, MONITOR, ENDOCÁMARA, PROCESADOR DE VIDEO/UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA, GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA, FUENTE DE LUZ, INSUFLADOR DE CO2, SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, EQUIPO DE IRRIGACIÓN Y/O SUCCIÓN AUTOMÁTICO Y CAPNÓGRAFO CON OXÍMETRO.</p> <p>Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
13	6.1. PROPOSICION TECNICA, 2.	<p>ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR:</p> <p>1) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA. 2) COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTO
14	6.1. PROPOSICION TECNICA, 2.	<p>ES CORRECTO ENTENDER QUE , DE ACUERDO AL NUMERAL 6.1., 2. DE LA CONVOCATORIA, E INCISO D) TERMINOS Y CONDICIONES, EN EL CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO, INSTRUMENTAL Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO), DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES :</p>	ES CORRECTO

Handwritten signatures and initials





		A) CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, O B) "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO. SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
15	6.1. PROPOSICION TECNICA, 6.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTO QUE SE TENGA QUE PROVEER DE LOS LOS MÉDICO(S) ESPECIALISTA(S) QUE REALIZARÁ(N) LOS PROCEDIMIENTOS, O QUE PERSONAL REQUIEREN?	ES ACEPTABLE ENFERMERA O TÉCNICO CAPACITADO Y EXPERTO QUE ASISTIRÁN DURANTE PROCEDIMIENTO
16	6.1. PROPOSICION TECNICA, 6.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS CONFIRME EL NUMERO DE PERSONAL QUE PRESTARA EL SERVICIO LOS CUALES PODRAN CONTAR CON EL PERFIL Y CARRERAS AFINES EN: LICENCIATURA EN ENFERMERIA, Y/O ENFERMERIA GENERAL Y/O TECNICO EN ENFERMERIA	UNO POR CADA JORNADA DE PROCEDIMIENTO
17	6.1. PROPOSICION TECNICA, 12	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE EN LA CARTA SOLICITADA EN EL PUNTO EN REFERENCIA SOLO SERA POR LOS INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS YA QUE EN EL PRESENTE SERVICIO NO SE REQUIEREN MEDICAMENTOS, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
18	TERMINOS Y CONDICIONES - J) CADUCIDAD DE LOS BIENES.	CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE CADUCIDAD ES ESTABLECIDA POR EL FABRICANTE COMO EL PERIODO DENTRO DEL CUAL EL CONSUMIBLE HA DEMOSTRADO MANTENER LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA SER UTILIZADO, ¿ES POSIBLE QUE LOS INSUMOS QUE SE UTILICEN EN UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO TENGAN UNA FECHA MENOR A 3 MESES, PERO DENTRO DE LA CADUCIDAD, PUESTO QUE AÚN CONSERVAN LAS CONDICIONES ADECUADAS	ES POSIBLE SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA LA FECHA LÍMITE DE CADUCIDAD

u
o





Table with 4 columns: ID, Descripción, Pregunta, Respuesta. Row 19: 2.3. CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA ENTREGA DE BIENES. PREGUNTA: PARA SER UTILIZADO? DEBIDO A QUE EN EL CAMPO DE APLICACIÓN DE LA CITADA NORMA OFICIAL MEXICANA SE SEÑALA "ESTA NORMA ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SALUD Y LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, INCLUIDOS LOS CONSULTORIOS", Y CONSIDERANDO QUE LA NATURALEZA DE MI REPRESENTADA NO CORRESPONDE A LA DE PERSONAL DEL ÁREA DE LA SALUD O ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PRONUNCIE RESPECTO A LA APLICABILIDAD O NO, DEL PRESENTE REQUERIMIENTO. RESPUESTA: ES APLICABLE.

Se informa al licitante que cuenta con un plazo de 06 horas para formular y entregar a través de CompraNet, las preguntas que considere necesarias en relación a las respuestas emitidas, contadas a partir de la publicación de la presente acta en el portal; mismas a las que se les dará contestación el día 09 de abril de 2025 a las 12:30 horas, en el portal CompraNet.

En la Ciudad de Tlaxcala, siendo las 12:30 horas, del 09 de abril de 2025, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con domicilio en Libramiento Poniente I.P.N. S/N San Diego Metepec, Tlaxcala C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

Con fundamento en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, este acto fue presidido por el Alejandro Martínez Roa en su carácter de Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala en términos del oficio 309001150100/257/2025, servidor público designado por la Convocante.

Se hace del conocimiento que hubo repreguntas a las respuestas emitidas por la convocante como se muestra a continuación:

Table with 7 columns: ID, Licitante, Pregunta de referencia, Repregunta, Fecha de envío, Respuesta, Acciones. Row 1: Licitante: VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV. Pregunta de referencia: LICITANTE, REPUBLICA MEDICA, S.A. DE CV. PREGUNTA 2. Repregunta: EL PREGUNTA SOLICITAMOS AMARI PERMITE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU PREGUNTA DE DEBERIA APLICAR LOS CLIPS DEL POLIDERMAL, QUISIERA CONTINUAR E OUP RETARAR QUE RECONSIDERAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COLECCIONATORIA LAMAROSCOPIA UNICO PARA BIENES DE SERVICIO EN EL AREA DE BIENES Y EQUIPAMIENTO DEL ESTADO DE BIENES DE BIENES BASADO EN LA CLAVE RCPM7 BIENES DE BIENES PARA CATEGORIA LAMAROSCOPIA DE TITANIO, ESTERIL, DE LUJAN, LAMANO MEDIANVAJICO Y COMPRESAS REFORZADAS DE POLIUREA LARGO Y ESTERILIZADO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Y DE ESTA MANERA SE ENCARREGA EL SERVICIO SE ACEPTA. Respuesta: NEGATIVA LA RESPUESTA.

Handwritten signatures and initials: Cel, Oly, and a large blue signature.





No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE REPREGUNTAS
1	VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Electrónica	03

Se informa al licitante que la junta de aclaraciones se **suspende** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 Fracción I, segundo párrafo del Reglamento, en razón del tiempo que se empleará para darles contestación. Por tal razón las respuestas serán atendidas a partir de las 12:30 horas del día 11 del mes de abril del año 2025, en el Portal de CompraNet.

En la Ciudad de Tlaxcala, siendo las 12:30 horas, del 11 de abril de 2025, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con domicilio en Libramiento Poniente I.P.N. S/N San Diego Metepec, Tlaxcala C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

Con fundamento en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, este acto fue presidido por el **Alejandro Martínez Roa** en su carácter de Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala en términos del oficio 309001150100/257/2025, servidor público designado por la Convocante.

A continuación en términos de lo previsto en el cuanto párrafo del artículo 45 del Reglamento se da respuesta a las repreguntas realizadas a las respuestas emitidas por la convocante, como se indica a continuación:

Licitante: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

REPREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	<p>LICITANTE: REPUBLICA MÉDICA, S.A. DE C.V. PREGUNTA 4</p>	<p>REPREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA DE REQUERIR AGREGAR LOS CLIPS DE POLÍMERO, YA QUE ES UN CONSUMIBLE QUE NO SE REQUIERE PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA, ÚNICO PROCEDIMIENTO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO. ADEMÁS, DENTRO DEL LISTADO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO SE ENCUENTRA LA CLAVE BCB87 PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITANIO, ESTÉRIL, DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO/LARGO.Y CONSIDERAR NO OFERTAR EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, LARGO Y EXTRA-LARGO QUE SE</p>	<p>SE REQUIERE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, LARGO Y EXTRA-LARGO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL SET DE INSTRUMENTAL,</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.





		ENCUENTRA DENTRO DEL SET DE INSTRUMENTAL, Y DE ESTA MANERA NO ENCARECER EL SERVICIO. ¿SE ACEPTA?	
2	LICITANTE: REPUBLICA MÉDICA, S.A. DE C.V. PREGUNTA 4	REPREGUNTA: DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA REPREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL PROVEEDOR DEBERÁ BRINDAR LOS CLIPS DE POLÍMERO LARGO Y EXTRA LARGO COMO BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CON CLAVE 10.06.908 CLIP VASCULAR POLÍMERO MEDIANO/LARGO, LARGO O EXTRALARGO. Y QUE EL MISMO DEBERÁ FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE TODOS LOS PARTICIPANTES. FAVOR DE ACLARAR.	SE DEBERA BRINDAR LOS CLIPS DE POLIMERO LARGO Y EXTRALARGO COMO BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO PARA QUE CON CLAVE 10.06.908 CLIP VASCULAR POLÍMERO MEDIANO/LARGO, LARGO O EXTRALARGO DEBIENDO FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA DE TODOS LOS PARTICIPANTES
3	LICITANTE: ALCA DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. PREGUNTA 2	REPREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SEAN ÚNICAMENTE DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO Y NO DEL INSTRUMENTAL, YA QUE EL MODELO Y LA MARCA DE LAS PIEZAS OFERTADAS QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL SET DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA GENERAL 2 ADULTO, PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.010 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ADULTO, ESTARÁN DETALLADAS EN EL ANEXO TÉCNICO QUE ACOMPAÑARÁ LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA. CONSIDERANDO ADEMÁS, QUE DENTRO DE LOS DATOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 7, NUMERAL 6.1 PARA EL EQUIPAMIENTO MÉDICO (MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE), EL INSTRUMENTAL SOLO CONTARÍA CON MARCA Y MODELO YA QUE LA MAYORÍA DE LAS PIEZAS NO TIENEN UN NÚMERO DE SERIE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

Handwritten mark

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 77 primer párrafo del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el pizarrón de avisos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en Libramiento Poniente I.P.N., s/n San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se

Handwritten mark





encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx>

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación los cuales se llevarán a cabo en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx>, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Propositiones	22 de abril de 2025	12:00 hrs.
Comunicación y entrega de Fallo	30 de abril de 2025	12:00 hrs.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente Acto de Junta de aclaraciones a la convocatoria, elaborando la presente acta para dejar constancia de lo actuado y los efectos legales conducentes, la firman al margen y al calce, los que en ella intervinieron, siendo las 13 horas con 10 minutos del mismo día, mes y año de su inicio, con fundamento en el último párrafo del artículo 33 Bis de la LAASSP.

Esta Acta consta de 15 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTATAL TLAXCALA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Alejandro Martínez Roa	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en términos del oficio 309001150100/257/2025	
Dra. Rosalba Rodríguez Ávila	Directora del Hospital General de Zona/UMF No. 2	
Itsel Analy Hernández Cortés	Líder de Proyecto	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

**POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

----- FIN DEL ACTA -----

