



GOBIERNO DE
MÉXICO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.**

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **DOCE HORAS, CON TREINTA MINUTOS**, DEL DÍA **VEINTIDOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO**, EN LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS Y ZAACHILA, SIN NÚMERO, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) Y 45 Y 46 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **LIC. GABRIEL HIDALGO JIMÉNEZ**, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN LAS PREGUNTAS EN RELACIÓN A LA ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO O SOLICITUD A TRAVÉS DE COMPRANET, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ESTOS POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO. -----

EL ACTO, FUE ASISTIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA Y USUARIA, **DR. PABLO DE JESÚS BALTAZAR MONTUFAR**, JEFE DEL DEPARTAMENTO CLÍNICO DE ENDOSCOPIAS, PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, QUIENES REALIZARÁN LA CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y **LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO**, EL CUAL SOLVENTARÁ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, Y EL **LIC. AUGUSTO ELÍAS PERALTA ÁLVAREZ**, JEFE DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, LAS DE CARÁCTER LEGAL, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. -----

EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, DIO INICIO EL EVENTO LICITATORIO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY Y 46 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO. AL RESPECTO ÚNICAMENTE PRESENTO UN LICITANTE PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA CONVOCATORIA, CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.

FO-CON-08



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRACA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTILIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.**

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| No | NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PRESENTACIÓN | NÚMERO DE PREGUNTAS |
|----|---|--------------|---------------------|
| 1 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS, S.A. DE C.V. | CompraNet | 11 |
| 2 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CompraNet | 07 |



Procedimiento : 1081963 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA ENDOSCÓPICA (CPRE), MOTILIDAD DEL TUBO DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO CÁPSULA ENDOSCÓPICA

Expediente: 2375439 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA ENDOSCÓPICA (CPRE), MOTILIDAD DEL TUBO DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO CÁPSULA ENDOSCÓPICA

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 25/12/2021 12:30:00

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

| Resistente | Fecha | Asunto | Fecha de Mi Consulta | Fecha de Consulta en la UC | Respuesta |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Vitalmex Internacional S.A. de C.V. | 21/12/2021 11:22 | PREGUNTAS A JUNTA DE ACLARACIONES | 21/12/2021 13:02 | 21/12/2021 13:02 | |
| ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV | 20/12/2021 14:35 | Junta de aclaraciones | 21/12/2021 13:09 | 21/12/2021 13:09 | |

Total 2

Página 1 de 1

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33 BIS DE LA LAASSP, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO, Y AL NUMERAL 4 FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONVOCATORIA, QUE RIGE ESTE EVENTO LICITATORIO, LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LOS LICITANTES **ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. Y VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**, FUERON RECIBIDAS A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO "COMPRANET", CONFORME AL PLAZO PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A CONTESTAR LAS PREGUNTAS FORMULADAS, CONFORME A LO SIGUIENTE:



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



[Handwritten signature]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050CYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS, S.A. DE C.V. -----

DE CARÁCTER TÉCNICO -----

| CONSECUTIVO LICITANTE | PUNTO DE CONVOCATORIA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 1 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | PROCEDIMIENTO 10.23.901 DEBIDO A QUE LAS DIFERENTES MARCAS DE ACCESORIOS MEDICOS MANEJAN CARACTERISTICAS PROPIAS SIEMPRE CUMPLIENDO LA FUNCION PARA LAS QUE FUERON DISEÑADAS SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO OPCION PROTESIS CON DIAMETRO 24 MM LONTIGITUD 120 MM CON SISTEMA DE EXTRAACIÓN QUE INCLUYE SOBRE TUBO DE 135 CM Y CABLE CON DIAMETRO EXTERNO DE 16 FR. CON LA CUAL SE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO SOLICITADO, SE ACEPTA | NO SE ACEPTA. SE REQUIERE UNA "PRÓTESIS METÁLICA, AUTOEXPANDIBLE, REMOVIBLE, TOTALMENTE CUBIERTA DE SILICÓN, CON DIÁMETRO DE 25MM., LONGITUD DE 125 A 135MM, CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN QUE INCLUYE SOBRE TUBO EXTRACTOR DE 100CM., Y CABLE EXTRACTOR CON DIÁMETRO EXTERNO DE 28FR" |
| 2 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | CLAVE 10.23.903 SOLICITAN PINZA ANCHOR Y TWIN GRASPER. ESTOS SON EXCLUSIVOS DE LA MARCA OVESCO DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR LA EMPRESA TRANSMEDICA SEGÚN SE PUEDE CONFIRMAR EN LA SIGUIENTE LIGA HTTPS://OVESCO.COM/CONTACT-WORLDWIDE/#CONTACT-MEXICO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEDURIA YA QUE LOS REPRESENTANTES QUE NO SOMOS DISTRIBUIDORES DE TRANSMEDICA NO PODEMOS OFERTAR ESTOS INSUMOS SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN OFERTAR CLIP PADLOCK EL CUAL REALIZA LA MISMA FUNCIÓN DEL CLIP OVESCO QUE ES CERRAR UNA FISTULA Y/O ULCERA DE MÁS DE 1.5 CM Y PARA DETENER UNA HEMORRAGIA Y RESECCIÓN DE PÓLIPOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 3 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | PROCEDIMIENTO 10.23.908 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO OPCION PROTESIS BILIAR CON INTRODUTOR DE 8 FR Y 140 CM DE LONGITUD CUMPLIENDO AL 100% LAS CARACTERISTICAS DE LA PROTESIS BILIAR METALICA | NO SE ACEPTA. SE REQUIERE UNA "PRÓTESIS BILIAR, METÁLICA DE NITINOL TOTALMENTE CUBIERTA, AUTOEXPANDIBLE DE 10 MM., DE DIÁMETRO Y 4CM., DE LONGITUD, CON CUÍA 0.035" PULGADAS, DE 200 CM., DE |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRACA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.**

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | LONGITUD" |
|---|--------------------------|---|--|
| 4 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | PROCEDIMIENTO 10.23.910 DEBIDO A QUE LAS DIFERENTES MARCAS DE ACCESORIOS MEDICOS MANEJAN CARACTERISTICAS PROPIAS CUMPLIENDO LA FUNCION PARA LA QUE FUERON DISEÑADAS SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN OFERTAR COMO OPCION PROTESIS O STENT PLASTICA BILIAR PRECARGADA CALIBRE DE 8.5 A 10 FR Y LONGITUD DE 7 A 15 CM CON LO CUAL TIENE UNA AMPLIA GAMA PARA SELECCIONAR LA QUE SE ADECUA A LAS NECESIDADES DEL USUARIO | NO SE ACEPTA. SE DEBE DE AJUSTAR A LAS MEDIDAS ENLISTADAS POR ESTA CONVOCANTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |
| 5 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | PROCEDIMIENTO 10.23.912 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA SOLICITAMOS SE ELIMINE EL CONCEPTO KUDO YA QUE ESTE ES EL NOMBRE COMERCIAL DE UN PRODUCTO EN EXCLUSIVO EL CUAL ES DISTRIBUIDOR POR LA EMPRESA TRANSMEDICA POR LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES QUE NO SOMOS DISTRIBUIDORES DE ESTA EMPRESA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA. SE DEBE DE AJUSTAR A LAS MEDIDAS ENLISTADAS POR ESTA CONVOCANTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |
| 6 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | PROCEDIMIENTO 10.23.912 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR ASA DE POLIPECTOMIA 2.4 MM DE DIAMETRO | SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTEN A LAS LONGITUDES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE DE 230 A 240 CM., DE LONGITUD". LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.. |
| 7 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | PROCEDIMIENTO 10.23.913 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA SOLICITAMOS EL CONCEPTO DIENTE DE TIBURON YA QUE ESTE ES EL NOMBRE COMERCIAL DE UN PRODUCTO EN EXCLUSIVO EL CUAL ES DISTRIBUIDOR POR LA EMPRESA TRANSMEDICA POR LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES QUE NO SOMOS DISTRIBUIDORES DE ESTA EMPRESA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|----|--------------------------|--|--|
| 8 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | PROCEDIMIENTO 10.23.913 SOLICITAMOS DE LA MENERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR ASA DE POLIPECTOMIA DE 2.4 MM DE DIAMETRO | SE ACEPTA SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTEN A LAS LONGITUDES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE DE 230 A 240 CM., DE LONGITUD". LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |
| 9 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | PROCEDIMIENTO 10.23.914 DEBIDO A QUE LAS DIFERENTES MARCAS DE ACCESORIOS MEDICOS MANEJAN CARACTERISTICAS PROPIAS SIEMPRE CUMPLIENDO LA FUNCION PARA LAS QUE FUERON DISEÑADAS SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO OPCION BALON PARA DILATACION ESOFAFICA DE 20 A 35 MM CON LO CUAL SE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE DILATACION | NO SE ACEPTA. SE REQUIERE UNA "BALÓN PARA DILATACIÓN NEUMÁTICA, PARA LA ESTRECHEZ ESOFÁGICA DE 20A 40 MM., DE DIÁMETRO, CON ACCESORIO DE INSUFLACIÓN. PARA EL CASO DE PEDIATRÍA DEBEN DE SER DE 6,8,10,12,14,16,18 Y 20 MM" |
| 10 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | PROCEDIMEINTO 10.23.915 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO OPCION CANASTILLA CON RED DE 4 X 8 CM Y 230 CM DE LONGITUD | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 11 | ANEXO T2 | CON EL FIN DE BRINDAR AL INSTITUTO EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE NOS PERMITANOFERTAR FUENTE DE LUZ DE LED, LA CUAL ES LA LUZ QUE SE ESTA USANDO EN TODO EL MUNDO, CON LO CUAL LE BRINDA AL INSTITUTO AHORROS CONSIDERABLES EN EL USO DE ENERGIA ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, DEBIDO A LA MALA CALIDAD DE LA IMAGEN EN LOS EQUIPOS DE LUZ LED. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |

VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO. 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO

| CONSECUTIVO LICITANTE | PUNTO DE CONVOCATORIA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|-----------------------|--|--|--|
| 1. | REFERENCIA: NUMERALES 3.7, A.: 3.11.1.2 PAGINA: 32 Y 36 | ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS REFORMAS Y/O MODIFICACIONES DE ACTA CONSTITUTIVA QUE SE SOLICITAN DEBEN PRESENTARSE SOLAMENTE SI SE REFIEREN A LA EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA MORAL. ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 2. | 6.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. H) PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y BIENES DE CONSUMO OFERTADOS DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA VIGENTE Y/O EL CCEE, CERTIFICADO DE CALIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE COFEPRIS O ISO VIGENTE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN ACOMPAÑADO DE SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, EN LOS CASOS DONDE SE CUENTE CON CERTIFICADOS QUE NO TIENEN FECHA DE EXPIRACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR EVIDENCIA DE QUE CONTINUA VIGENTE. | POR LA CARACTERÍSTICA PROPIA DE ALGUNOS DE LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, ESTOS SON EMITIDOS DE ORIGEN SIN LA MENCIÓN DE LA VIGENCIA, YA QUE ESTOS ÚNICAMENTE SE REVOCAN EN CASO DE CONTAR CON ALGUNA ALERTA EN EL PAÍS DONDE SON EMITIDOS. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE SOLICITA QUE, POR LA NATURALEZA DE SU EMISIÓN Y CARACTERÍSTICA PROPIA DE DICHO DOCUMENTO, SE ACEPTE PRESENTAR DE ESTA MANERA, ESTO ES, SIN LA MENCIÓN DE LA VIGENCIA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE ESTOS SE ENCUENTRAN VIGENTES AL SER EMITIDOS Y HASTA NO SER REVOCADOS POR SU EMISOR. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 3. | 6.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. L) LOS LICITANTES DEBERÁN MANIFESTAR SU CURRÍCULUM EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA | ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SE ENTREGARA COPIA SIMPLE DE CONTRATOS Y ESCRITOS DE LA OPINIÓN DEL SERVICIO O CANCELACIONES DE FIANZA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS, EXPEDIDOS POR INSTITUCIONES DE SALUD O EMPRESAS PARTICULARES DONDE HAN PRESTADO SUS SERVICIOS Y DE ALGUNA | ES CORRECTO, DEBIENDO SER CONTRATOS DE ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO. |

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>PRESTANDO SERVICIOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AL QUE SE PRETENDE CELEBRAR, LA CUAL DEBERÁ SER MAYOR DE 2 (DOS) AÑOS Y QUE ACREDITARÁ MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CONTRATOS Y ESCRITOS DE LA OPINIÓN DEL SERVICIO, EXPEDIDOS POR INSTITUCIONES DE SALUD O EMPRESAS PARTICULARES DONDE HAN PRESTADO SUS SERVICIOS Y DE ALGUNA OTRA, QUE AVALEN LA EXPERIENCIA CON LA QUE CUENTA, INDICANDO LA RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y TELÉFONO, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 2008 EN SERVICIOS INTEGRALES, O SUPERIOR, VIGENTE CUYO ALCANCE SEA PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS INTEGRALES, O, EN SU CASO, DOCUMENTO QUE ACREDITE EL INICIO DEL TRÁMITE O RENOVACIÓN, PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COMO LO DESCRIBE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-CC9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015 O NMX-CC9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015 O SUPERIOR.</p> | <p>OTRA, QUE AVALEN LA EXPERIENCIA CON LA QUE CUENTA, INDICANDO LA RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y TELÉFONO, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 2008 EN SERVICIOS INTEGRALES, O SUPERIOR, VIGENTE CUYO ALCANCE SEA PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS INTEGRALES, O, EN SU CASO, DOCUMENTO QUE ACREDITE EL INICIO DEL TRÁMITE O RENOVACIÓN, PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COMO LO DESCRIBE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-CC9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015 O NMX-CC9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015 O SUPERIOR.</p> | |
|--|---|---|--|

DE CARÁCTER TÉCNICO.

| CONSECUTIVO LICITANTE | PUNTO DE CONVOCATORIA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|-----------------------|--|---|---|
| 1. | ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO PÁGINAS 126, 127, 128 | DEBIDO A QUE NO SE PROPORCIONA POR PARTE DE LA CONVOCANTE UN ANEXO TÉCNICO, DONDE SE DETALLE LAS DESCRIPCIONES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS PARA ESTE PROCESO DE LICITACIÓN, ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERÁN OFERTAR COMO MÍNIMO, LAS DESCRIPCIONES QUE SE REGISTRAN A CONTINUACIÓN, TOMANDO EN CUENTA QUE LA MAYORÍA DE | PANTALLA GRADO MÉDICO DE 26" O MAYOR. DEBERÁ TENER TECNOLOGÍA DICOM AL PROCESADOR. |

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N. COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. TELEFONO. 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.**

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | ESTAS DESCRIPCIONES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMAN PARTE DEL SERVICIO O CONTRATO ACTUAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|---------|-----|---|-------|--------------------------------|---------|---|-------|-----------------|---------|--|---------|--|---------|--|-------|---|---------|-----------------------------------|---------|---|---------|--|---------|---------------------|---------|---|---------|---|---------|--|---------|-------------------------------|---------|--|----------|-----------------------------|----------|---|-------|-----------------------|---------|----------------|---|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>EQUIPOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5</td> <td>TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO, UN VIDEOUDENOSCOPIO TERAPÉUTICO Y UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN.</td> </tr> <tr> <td>2.5.1</td> <td>CARRO PORTA EQUIPO CON:</td> </tr> <tr> <td>2.5.1.1</td> <td>CON BRAZO COLGADOR PARA LOS VIDEOENDOSCOPIOS.</td> </tr> <tr> <td>2.5.2</td> <td>MONITOR:</td> </tr> <tr> <td>2.5.2.1</td> <td>PANTALLA LCD O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE DE 19" O MAYOR, A COLOR</td> </tr> <tr> <td>2.5.2.2</td> <td>DE AL MENOS 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.</td> </tr> <tr> <td>2.5.2.3</td> <td>CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO DIGITALES.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3</td> <td>PROCESADOR DIGITAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA:</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.1</td> <td>CON ZOOM ELECTRÓNICO MÍNIMO 1.5X.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.2</td> <td>CON ZOOM ÓPTICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.3</td> <td>CONTROL DE BRILLO MANUAL O AUTOMÁTICO.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.4</td> <td>BALANCE DE BLANCOS.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.5</td> <td>OPCIÓN DE SALIDA DE VIDEO QUE ASEGURE LA CAPACIDAD DE HD.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.6</td> <td>CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN DISPOSITIVO EXTRAÍBLE.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.7</td> <td>TECLADO PARA INTRODUCCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.8</td> <td>TONALIDAD DE COLOR AJUSTABLE.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.9</td> <td>CON FUNCIÓN DE CROMOENDOSCOPIA DIGITAL O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.10</td> <td>CONGELAMIENTO DE LA IMAGEN.</td> </tr> <tr> <td>2.5.3.11</td> <td>CON TECLADO PARA INTRODUCCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE Y PARA EL CONTROL DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES.</td> </tr> <tr> <td>2.5.4</td> <td>FUENTE DE LUZ:</td> </tr> <tr> <td>2.5.4.1</td> <td>LÁMPARA XENÓN.</td> </tr> </tbody> </table> | NO. | EQUIPOS | 2.5 | TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO, UN VIDEOUDENOSCOPIO TERAPÉUTICO Y UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN. | 2.5.1 | CARRO PORTA EQUIPO CON: | 2.5.1.1 | CON BRAZO COLGADOR PARA LOS VIDEOENDOSCOPIOS. | 2.5.2 | MONITOR: | 2.5.2.1 | PANTALLA LCD O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE DE 19" O MAYOR, A COLOR | 2.5.2.2 | DE AL MENOS 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. | 2.5.2.3 | CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO DIGITALES. | 2.5.3 | PROCESADOR DIGITAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA: | 2.5.3.1 | CON ZOOM ELECTRÓNICO MÍNIMO 1.5X. | 2.5.3.2 | CON ZOOM ÓPTICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL. | 2.5.3.3 | CONTROL DE BRILLO MANUAL O AUTOMÁTICO. | 2.5.3.4 | BALANCE DE BLANCOS. | 2.5.3.5 | OPCIÓN DE SALIDA DE VIDEO QUE ASEGURE LA CAPACIDAD DE HD. | 2.5.3.6 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN DISPOSITIVO EXTRAÍBLE. | 2.5.3.7 | TECLADO PARA INTRODUCCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE. | 2.5.3.8 | TONALIDAD DE COLOR AJUSTABLE. | 2.5.3.9 | CON FUNCIÓN DE CROMOENDOSCOPIA DIGITAL O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA. | 2.5.3.10 | CONGELAMIENTO DE LA IMAGEN. | 2.5.3.11 | CON TECLADO PARA INTRODUCCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE Y PARA EL CONTROL DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES. | 2.5.4 | FUENTE DE LUZ: | 2.5.4.1 | LÁMPARA XENÓN. | <p>INSUFLADOR DE CO2 EN TODAS LAS TORRES, SIENDO INDISPENSABLE PARA EL CONFORT DE LOS PACIENTES.</p> <p>-NBI,I-SCAN O FICE</p> <p>CAPNÓGRAFO CON OXÍMETRO. EQUIPO PORTÁTIL, CON DESPLIEGUE DIGITAL PARA MONITOREO DE PARÁMETROS Y ALARMAS</p> |
| NO. | EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO, UN VIDEOUDENOSCOPIO TERAPÉUTICO Y UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | CARRO PORTA EQUIPO CON: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1 | CON BRAZO COLGADOR PARA LOS VIDEOENDOSCOPIOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | MONITOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1 | PANTALLA LCD O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE DE 19" O MAYOR, A COLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.2 | DE AL MENOS 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.3 | CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO DIGITALES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | PROCESADOR DIGITAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.1 | CON ZOOM ELECTRÓNICO MÍNIMO 1.5X. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.2 | CON ZOOM ÓPTICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.3 | CONTROL DE BRILLO MANUAL O AUTOMÁTICO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.4 | BALANCE DE BLANCOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.5 | OPCIÓN DE SALIDA DE VIDEO QUE ASEGURE LA CAPACIDAD DE HD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.6 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN DISPOSITIVO EXTRAÍBLE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.7 | TECLADO PARA INTRODUCCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.8 | TONALIDAD DE COLOR AJUSTABLE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.9 | CON FUNCIÓN DE CROMOENDOSCOPIA DIGITAL O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.10 | CONGELAMIENTO DE LA IMAGEN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3.11 | CON TECLADO PARA INTRODUCCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE Y PARA EL CONTROL DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4 | FUENTE DE LUZ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4.1 | LÁMPARA XENÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SERIS. ESQUINA CON ZAACHILA S/N. COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO. 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050CYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|--|------------------|--|---|
| | 2.5.4.2 | INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR. | |
| | 2.5.4.3 | FUNCIÓN DE TRANSILUMINACIÓN O INCREMENTO DE LA LUMINOSIDAD. | |
| | 2.5.4.4 | CONTROL DE LUZ MANUAL Y/O AUTOMÁTICO. | |
| | 2.5.4.5 | CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE XENÓN O HALÓGENO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE | |
| | 2.5.4.6 | BOMBA DE AIRE CON DOS NIVELES DE REGULACIÓN COMO MÍNIMO. | |
| | 2.5.4.7 | PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS. | |
| | 2.5.5 | SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN O ALMACENAMIENTO USB O CD O DVD O DISCO DURO. | |
| | 2.5.5.1 | COMPUTADORA Y SOFTWARE. | |
| | 2.5.5.2 | IMPRESORA DE CALIDAD FOTOGRÁFICA. | |
| | 2.5.6 | BACKUP DE ENERGÍA DE AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO. | -BOMBA DE IRRIGACIÓN EXTERNA ACCIONADA CON PEDAL. |
| | 2.5.7 | PROBADOR DE IMPERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD O PROBADOR DE FUGAS. | |
| | 2.5.8 | CONTENEDOR DE LÍQUIDOS PARA IRRIGACIÓN. | |
| | 2.5.9 | INSUFLADOR DE CO2 (OPCIONAL CONFORME A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE). | |
| | 2.5.9.1 | 30 A 45 IPM DE ALTO FLUJO. | |
| | 2.5.9.2 | FLUJO DE INSUFLACIÓN Y VOLUMEN. | |
| | 2.5.9.3 | CON MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON CONECTOR. | |
| | 2.5.9.4 | CON INDICADOR EN PANEL. | |
| | 2.5.9.5.1 | CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: | |
| | 2.5.9.5.1.1 | PROTECCIÓN DE SOBRE PRESIÓN O SENSOR DE PRESIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE | |
| | 2.5.9.5.1.2 | SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PARA TANQUE VACÍO Y SOBREPRESIÓN EN LA CAVIDAD ABDOMINAL. | |
| | 2.5.9.5.1.3 | FILTRO BACTERIAL. | |
| | 2.5.9.5.1.4 | NIVELES DE FLUJO ALTO Y/O BAJO. | |
| | 2.5.9.6 | BOMBA DE IRRIGACIÓN. | |
| | 2.6 | 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: | |
| | 2.6.1 | DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCIÓN EN EL | |

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Handwritten mark

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| | | RANGO DE 9 A 13 MM. | |
| | 2.6.2 | DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MAYOR 2.8 MM. | |
| | 2.6.3 | ANGULACIÓN EN 4 DIRECCIONES: | |
| | 2.6.3.1 | AL MENOS 300° DE ANGULACIÓN TOTAL ARRIBA/ABAJO. | |
| | 2.6.3.2 | AL MENOS 200° DE ANGULACIÓN TOTAL DERECHA/IZQUIERDA. | |
| | 2.6.4 | CAMPO DE VISIÓN DE 120° O MAYOR | |
| | 2.6.5 | CON DIRECCIÓN DE OBSERVACIÓN FRONTAL O RECTO. | |
| | 2.6.6 | CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN ≤ A 5 MM HASTA 100 MM | |
| | 2.6.7 | LONGITUD. | |
| | 2.6.7.1 | LONGITUD DE TRABAJO MAYOR O IGUAL DE 1030 MM. | |
| | 2.6.7.2 | MARCAS A LO LARGO DE LA LONGITUD DE TRABAJO. | |
| | 2.6.8 | CON CHIPS CCD O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. | |
| | 2.6.9 | AL MENOS DOS BOTONES CONFIGURABLES EN EL CONTROL DE MANDO. | |
| | 2.6.10 | CON ZOOM ELECTRÓNICO MÍNIMO DE 1.5X. | |
| | 2.6.11 | CON ZOOM ÓPTICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL. | |
| | 2.6.12 | CON FUNCIÓN DE CROMOENDOSCOPIA DIGITAL O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA. | |
| | 2.6.13 | DEBE INCLUIR: | |
| | 2.6.13.1 | BOQUILLA PROTECTORA. | |
| | 2.6.13.2 | SET DE LIMPIEZA QUE INCLUYA CEPILLO LARGO, CEPILLO CORTO, VÁLVULAS DE IRRIGACIÓN | |
| | 2.6.13.3 | SET DE TAPONES PARA CANAL DE TRABAJO (OPCIONAL), SET DE VÁLVULAS DE ASPIRACIÓN, CON O SIN TAPÓN HERMÉTICO PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL | |
| | * | COMPATIBILIDAD CON EL MODELO OFERTADO DE FUENTES DE LUZ Y PROCESADORES DE VIDEO DE LA MISMA MARCA. | |
| | 2.7 | 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: | |
| | 2.7.1 | DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCIÓN EN EL RANGO DE 12.0 MM O MAYOR. | |
| | 2.7.2 | DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MAYOR O IGUAL A 3.7 MM. | |
| | | | RESPECTO A ESTE PUNTO PUEDEN OFERTAR LAS TECNOLOGÍAS NBI, I-SCAN O FICE. |

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO. 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



[Handwritten signature]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | | |
|--|--|---------------|---|--|
| | | 2.7.3 | ANGULACIÓN EN 4 DIRECCIONES: | |
| | | 2.7.3.1 | AL MENOS 360° DE ANGULACIÓN TOTAL ARRIBA/ABAJO. | |
| | | 2.7.3.2 | AL MENOS 320° DE ANGULACIÓN TOTAL DERECHA/IZQUIERDA. | |
| | | 2.7.4 | CAMPO DE VISIÓN DE 140° O MAYOR. | |
| | | 2.7.5 | CON DIRECCIÓN DE OBSERVACIÓN FRONTAL O RECTO. | |
| | | 2.7.6 | CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN ≤ 7 MM HASTA 100 MM. | |
| | | 2.7.7 | LONGITUD: | |
| | | 2.7.7.1 | LONGITUD DE TRABAJO MAYOR DE 1330 MM. | |
| | | 2.7.7.2 | MARCAS A LO LARGO DE LA LONGITUD DE TRABAJO. | |
| | | 2.7.8 | CON CHIPS CCD O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. | |
| | | 2.7.9 | AL MENOS DOS BOTONES CONFIGURABLES EN EL CONTROL DE MANDO. | |
| | | 2.7.10 | CON ZOOM ELECTRÓNICO MÍNIMO DE 1.5X. | |
| | | 2.7.11 | CON ZOOM ÓPTICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL. | |
| | | 2.7.12 | CON FUNCIÓN DE CROMOENDOSCOPIA DIGITAL O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA | |
| | | 2.7.13 | DEBE INCLUIR: | |
| | | 2.7.13.1 | SET DE LIMPIEZA QUE INCLUYA CEPILLO LARGO, CORTO Y VÁLVULAS DE IRRIGACIÓN. | |
| | | 2.7.13.2 | SET DE TAPONES PARA CANAL DE TRABAJO, SET DE VÁLVULAS DE ASPIRACIÓN, CON O SIN TAPÓN HERMÉTICO PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL | |
| | | 2.7.13.3 | COMPROBADOR DE IMPERMEABILIDAD O PROBADOR DE FUGAS. | |
| | | * | COMPATIBILIDAD CON EL MODELO OFERTADO DE FUENTES DE LUZ Y PROCESADORES DE VIDEO DE LA MISMA MARCA. | |
| | | 2.8 | 531.316.0094 VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ENDOSCOPIO CON PORCIÓN FLEXIBLE QUE ES USADO PARA EL EXAMEN VISUAL Y TRATAMIENTO DEL ÁMPULA DE VÁTER EN EL DUODENO QUE TRANSMITE IMÁGENES AL USUARIO POR MEDIO DE UN MONITOR UTILIZANDO UN SISTEMA DE VIDEO CCD PARA TORRE DE ENDOSCOPIA BÁSICA. | RESPECTO A ESTE PUNTO PUEDEN OFERTAR LAS TECNOLOGÍAS NBI, I-SCAN O FICE. DEBE SER: TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA, CON CANAL DE TRABAJO DE 3.7 MM O SUPERIOR. |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



Handwritten signature

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.**

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|--|---------------|--|---|
| | 2.8.1 | DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCIÓN EN EL RANGO DE 10.8 O MAYOR. | |
| | 2.8.2 | DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MAYOR O IGUAL A 3.2 MM. | |
| | 2.8.3 | ANGULACIÓN EN 4 DIRECCIONES: | |
| | 2.8.3.1 | AL MENOS 200° DE ANGULACIÓN TOTAL ARRIBA/ABAJO. | |
| | 2.8.3.2 | AL MENOS 195° O MAYOR DE ANGULACIÓN TOTAL DERECHA/IZQUIERDA. | |
| | 2.8.4 | CAMPO DE VISIÓN DE 98° O MAYOR. | |
| | 2.8.5 | CON DIRECCIÓN DE OBSERVACIÓN LATERAL. | |
| | 2.8.6 | CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN ≤ 5 MM HASTA 60 MM. | |
| | 2.8.7 | LONGITUD: | |
| | 2.8.7.1 | LONGITUD DE TRABAJO MAYOR DE 1240 MM. | |
| | 2.8.7.2 | MARCAS A LO LARGO DE LA LONGITUD DE TRABAJO. | |
| | 2.8.8 | CON CHIPS CCD O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE | |
| | 2.8.9 | AL MENOS DOS BOTONES CONFIGURABLES EN EL CONTROL DE MANDO. | |
| | 2.8.10 | DEBE INCLUIR: | |
| | 2.8.10.1 | BOQUILLA PROTECTORA. | |
| | 2.8.10.2 | SET DE LIMPIEZA. | |
| | 2.9 | 531.328.0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN. | |
| | 2.9.1 | EQUIPO ELECTRÓNICO PARA CORTE Y HEMOSTASIA DE TEJIDOS POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA DURANTE EL ACTO QUIRÚRGICO, QUE USA ARGÓN PARA LA COAGULACIÓN DEL TEJIDO. | |
| | 2.9.2 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADORES O MICROCONTROLADOR CON CUATRO SALIDAS MONOPOLARES Y BIPOLARES. | |
| | 2.9.3 | SALIDA MONOPOLAR: | |
| | 2.9.3.1 | CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS. | |
| | 2.9.3.2 | CON MEZCLA BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS. | |
| | 2.9.3.3 | CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS, O TRES MODOS: COAGULACIÓN SUAVE, FORZADA Y SPRAY. | |
| | | | DEBE DECIR: UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA Y ES: 531.431.0102 |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



[Handwritten signature]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| | 2.9.4 | SALIDA BIPOLAR: | |
| | 2.9.4.1 | CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 70 HASTA 120 WATTS. | |
| | 2.9.4.2 | CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. | |
| | 2.9.5 | MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO O CONTROL DE LOS ELECTRODOS NEUTROS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE | |
| | 2.9.5.1 | ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE ACTIVA CUANDO EXISTE UN FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO AL GENERADOR. | |
| | 2.9.5.2 | INTERRUPCIÓN DE LA CORRIENTE DE SALIDA SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA. | |
| | 2.9.6 | FRECUENCIA DE SALIDA: | |
| | 2.9.6.1 | FRECUENCIA MAYOR O IGUAL A 300 KHZ. | |
| | 2.9.7 | ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD: | |
| | 2.9.7.1 | POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR. | |
| | 2.9.7.2 | POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR. | |
| | 2.9.8 | INDICADORES DIGITALES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR. | |
| | 2.9.9 | COAGULADOR DE ARGÓN O EQUIPO DE ARGÓN. | |
| | 2.9.9.1 | MODULO EXTERNO O INTEGRADO A LA UNIDAD PRINCIPAL. | |
| | 2.9.9.2 | CON REGULACIÓN O CONTROL DEL FLUJO DE GAS ARGÓN DE ACUERDO AL INSTRUMENTO UTILIZADO O TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. | |
| | 2.9.9.3 | CON CAPACIDAD MÍNIMA DE CONEXIÓN DE UN TANQUE DE ARGÓN CON PURGA DE LA LÍNEA. | |
| | 2.9.10.4 | CON ALARMA AUDIBLE O VISUAL DE NIVEL BAJO DE GAS. | |
| | 2.9.10 | TANQUE CONTENEDOR DE GAS ARGÓN DE ACUERDO AL EQUIPO OFERTADO. | |
| | 2.9.11 | REGULADOR DE PRESIÓN DE GAS ARGÓN DE ACUERDO AL EQUIPO OFERTADO. | |
| | 2.9.12 | ACCESORIOS: | |
| | 2.9.12.1 | CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO. | |
| | 2.9.12.2 | PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN O ELECTROCUAGULADOR. | |

[Handwritten signature]

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE
MÉXICO



Handwritten signature

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.**

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|--|---------------|--|---------------------------------|
| | 2.9.12.3 | SONDA PARA APLICACIÓN ENDOSCÓPICA FLEXIBLE CON CABLE DE CONEXIÓN (CON TRES MODOS DE SALIDA SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) | -NO ITINERANTE. |
| | 2.10 | 531.923.0321 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO "EQUIPO ITINERANTE" | |
| | | EQUIPO QUE PERMITE LA VISUALIZACIÓN ULTRASONOGRÁFICA Y ENDOSCÓPICA DEL TUBO DIGESTIVO, QUE DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES, INCLUYA: | |
| | 2.10.1.1 | EL PROCESADOR DE VIDEO ENDOSCÓPICO. | |
| | 2.10.1.2 | EL ENDOSCOPIO DE ULTRASONIDO LINEAL Y RADIAL DE TRANSDUCTOR ELECTRÓNICO. | |
| | 2.10.1.2 | EL ENDOSCOPIO DE ULTRASONIDO LINEAL Y RADIAL DE TRANSDUCTOR ELECTRÓNICO. | |
| | 2.10.2 | MODOS DE ESCANEO: | |
| | 2.10.2.1 | MODO B. | |
| | 2.10.2.2 | MODO M (OPCIONAL). | |
| | 2.10.2.3 | CON ESCANEO DIGITAL RADIAL Y LINEAL. | |
| | 2.10.2.3 | CON ESCANEO DIGITAL RADIAL Y LINEAL. | |
| | 2.10.3 | FRECUENCIA EN NIVELES EN EL RANGO DE 5 A 12 MHZ. (AJUSTABLE EN CUATRO NIVELES COMO MÍNIMO). | |
| | 2.10.3 | FRECUENCIA EN NIVELES EN EL RANGO DE 5 A 12 MHZ. (AJUSTABLE EN CUATRO NIVELES COMO MÍNIMO). | |
| | 2.10.4 | DEBE MOSTRAR LOS DIFERENTES PARÁMETROS Y DATOS EN LA PANTALLA. | |
| | 2.10.5 | CON ENTRADA DE VIDEO DIGITAL. | |
| | 2.10.6 | CON SALIDA DE VIDEO DIGITAL. | CON BALÓN INCLUIDO |
| | 2.10.7 | GASTROVIDEOENDOSCOPIO ULTRASÓNICO RADIAL. | |
| | 2.10.7.1 | COMPATIBLE CON LOS PROCESADORES DE ENDOSCOPIA Y DE ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO. | |
| | 2.10.7.2 | CON MODO DE ESCANEO RADIAL. | |
| | 2.10.7.3 | CAMPO DE VISIÓN EN EL RANGO DE 100 A 140°. | CANAL DE TRABAJO 2.8 MM O MAYOR |
| | 2.10.7.4 | DIRECCIÓN DE OBSERVACIÓN FRONTAL U OBLICUA | |
| | 2.10.7.5 | CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN DE 3 MM HASTA 100 MM | |
| | 2.10.7.6 | DIÁMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN EN EL RANGO 11.4 MM.O MENOR A 12.1 MM O MAYOR | |
| | 2.10.7.7 | CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.2 A 2.8MM O MAYOR. | |

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N. COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



[Handwritten signature]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050CYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | |
|--|---|---|
| | <p>2.10.8 ANGULACIÓN EN CUATRO 4 DIRECCIONES:</p> <p>2.10.8.1 ARRIBA EN EL RANGO DE 130° A 180° / ABAJO: EN EL RANGO DE 60° A 90°.</p> <p>2.10.8.2 IZQUIERDA EN EL RANGO DE 60° A 100° / DERECHA EN EL RANGO DE 60° A 100°.</p> <p>2.10.8.3 LONGITUD ÚTIL DE 1250 MM. O MAYOR</p> <p>2.10.8.4 RANGO DE ESCANEEO DE 360°.</p> <p>2.10.9. MODOS DE ESCANEEO:</p> <p>2.10.9.1 MODO B.</p> <p>2.10.9.2 MODO M (OPCIONAL).</p> <p>2.10.9.3 FRECUENCIA EN NIVELES EN EL RANGO DE 5 HASTA 12 MHZ. (AJUSTABLE EN CUATRO NIVELES COMO MÍNIMO)</p> <p>2.10.10 GASTROVIDEOENDOSCOPIO ULTRASÓNICO LINEAL:</p> <p>2.10.10.1 DE VISIÓN LATERAL U OBLICUA.</p> <p>2.10.10.2 COMPATIBLE CON LOS PROCESADORES DE ENDOSCOPIA Y DE ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO.</p> <p>2.10.10.3 MODO DE ESCANEEO LINEAL O RADIAL.</p> <p>2.10.10.4 CAMPO DE VISIÓN EN EL RANGO DE 100 A 140°.</p> <p>2.10.10.5 DIRECCIÓN DE OBSERVACIÓN FRONTAL OBLICUA EN EL RANGO DE 40° A 55°</p> <p>2.10.10.6 PROFUNDIDAD DE CAMPO DE OBSERVACIÓN DE 5 O MENOR A 100 MM MAYOR.</p> <p>2.10.10.7 DIÁMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN ENTRE 10.8 O MENOR A 12.8 MM.O MAYOR</p> <p>2.10.10.8 DIÁMETRO DEL EXTREMO DISTAL ENTRE 9.9 O MENOR A 14.6 MM.O MAYOR</p> <p>2.10.10.9 CANAL DE TRABAJO DE 3.7 MM. MAYOR</p> <p>2.10.11. ANGULACIONES EN CUATRO 4 DIRECCIONES:</p> <p>2.10.11.1 ARRIBA / ABAJO: 130 A 160° / 90 A 160°.</p> <p>2.10.11.2 IZQUIERDA / DERECHA: 90 A 120° / 90 A 120°.</p> <p>2.10.11.3 LONGITUD ÚTIL DE 1250 MM.</p> <p>2.10.11.4 RANGO DE ESCANEEO DE ENTRE 110° A 180°.</p> <p>2.10.12 MODOS DE ESCANEEO:</p> <p>2.10.12.1 DOPPLER COLOR</p> <p>2.10.12.2 MODO B</p> <p>2.10.12.3 ELASTOGRAFÍA (OPCIONAL).</p> <p>2.10.12.4 FRECUENCIA EN NIVELES EN EL RANGO DE 5 A 12 MHZ. (AJUSTABLE EN CUATRO NIVELES COMO MÍNIMO)</p> <p>2.13 SCCB ENTEROSCOPIO ASISTIDO CON BALÓN</p> | <p>CON BALÓN INCLUIDO</p> <p>TUBO DE INSERCIÓN DE 12.1 MM A 12.8 MM.</p> <p>-EXTREMO DISTAL ENTRE 13.9 A 14.6 MM.</p> |
|--|---|---|

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|--|------------|--|--|
| | | <p>ENTEROSCOPIO DE UNO O DOS BALONES: EQUIPO PARA ENTEROSCOPIA DE UNO O DOS BALONES, UTILIZADO PARA LA OBSERVACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL INTESTINO DELGADO.</p> | |
| | 2.13.1 | ENTEROSCOPIO DE UNO O DE DOBLE BALÓN EN EL RANGO DE 8.5 A 11.6 MM. DE DIÁMETRO EXTERNO. | |
| | 2.13.2 | CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.8 MM. O MAYOR | |
| | 2.13.3 | ÁNGULOS DE FLEXIÓN DE LA PUNTA ARRIBA/ABAJO Y DERECHA IZQUIERDA. | |
| | 2.13.4 | LONGITUD TOTAL DE 2000 MM. O MAYOR. | |
| | 2.13.5 | RANGO DE OBSERVACIÓN EN EL RANGO DE 3 - 100 MM. O DE 5 - 100 MM. COMO MÍNIMO. | |
| | 2.13.6 | CAMPO VISUAL EN EL RANGO DE 120° A 140°. | |
| | 2.13.7 | BOMBA CONTROLADORA AUTOMÁTICA CON MANDO A DISTANCIA SEGÚN TECNOLOGÍA. | |
| | 2.13.8 | PRESIÓN DE BALÓN DE 5.4 KPA +/- 2.6 KPA. | |
| | 2.13.9 | GLOBO PARA INSUFLACIÓN Y AVANCE DEL ENTEROSCOPIO, OPCIONAL SEGÚN TECNOLOGÍA. | |
| | 2.13.10 | SOBRETUBO DE 1400 MM CON BALÓN INCLUIDO EN LA PUNTA DISTAL COMPATIBLE CON LA MARCA O MODELO OFERTADO | |
| | NO. | BIENES DE CONSUMO BÁSICOS (BCB) | |
| | | 10.22.001 CÁPSULA ADULTO. | |
| | | DESCRIPCIÓN | |
| | | CÁPSULAS PARA VISUALIZACIÓN DEL TUBO DIGESTIVO. | |
| | | 10.22.002 COLONOSCOPIA CON TOMA DE BIOPSIA ADULTO. | |
| | | DESCRIPCIÓN | |
| | | PARA ESTE PROCEDIMIENTO, SE PUEDEN UTILIZAR BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS | |
| | | 10.22.003 ENTEROSCOPIA | |
| | | DESCRIPCIÓN | |
| | | AGUJA DE HEMOSTASIA 23 O 25 G. DE 230 MM DE LONGITUD. | |
| | | ASA DE POLIPECTOMÍA DE 230 CM DE LONGITUD. | |
| | | | CÁPSULA COLÓNICA O INTESTINAL PARA ADULTO. |

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N. COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050CYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | KIT DE ESFINTEROTOMÍA POR ENTEROSCOPIA QUE INCLUYE: GUÍA DE ALTO RENDIMIENTO DE 450 CM DE LONGITUD Y 0.035 DE DIÁMETRO. BALÓN DE EXTRACCIÓN DE 10 A 15 MM PARA ENTEROSCOPIA. SISTEMA DE COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR DE 8.5, 10, 11.5 FR. DE 5 A 15 CM DE LONGITUD. Y CATÉTER 230 CM VISIÓN FRONTAL PARA ARCÓN PLASMA. | |
| | | | 10.22.006 PANENDOSCOPIA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO ADULTO. | |
| | | | DESCRIPCIÓN | |
| | | | CEPILLO DE CITOLOGÍA. LONGITUD DE TRABAJO DE EN EL RANGO DE 120 A 140 CM., PROTEGIDO, COMPATIBLE CON EL ENDOSCOPIO OFERTADO Y UTILIZADO. | |
| | | | 10.22.009 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO DE TUBO DIGESTIVO | |
| | | | DESCRIPCIÓN | |
| | | | BALON ULTRSONIDO RADIAL | |
| | | | BALON ULTRSONIDO LIENAL | |
| | | | 10.23.001 ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICEALES ADULTO. | |
| | | | DESCRIPCIÓN | |
| | | | AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA; AGUJA DE 23 G; EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM. CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., LONGITUD DE 1800 A 2400 MM. O | |
| | | | AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA; AGUJA DE 25 G; EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM. CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., LONGITUD DE 1800 A 2400 MM. O | |
| | | | AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA; AGUJA DE 19 G; EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM. CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., LONGITUD DE 1800 A 2400 MM. | |
| | | | CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA. | |
| | | | 10.23.002 ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICEALES ESOFÁGICAS ADULTO. | |
| | | | DESCRIPCIÓN | |

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



Handwritten signature

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.**

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA; AGUJA DE 23 G; EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM. CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., LONGITUD 1800 A 2400 MM. O</p> | |
| | | <p>AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA; AGUJA DE 25 G; EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM. CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., LONGITUD 1800 A 2400 MM. O</p> | |
| | | <p>AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA; AGUJA DE 19 G; EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM. CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., LONGITUD DE 1800 A 2400 MM.</p> | |
| | | <p>CIANOCRILATO VIAL.</p> | |
| | | <p>LIPIODOL FRASCO ÁMPULA.</p> | |
| | | <p>SET DE LIGADURA VARICEAL, CON AL MENOS 6 BANDAS, COMPATIBLE CON EL DIÁMETRO EXTERNO DEL BARRIL Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO.</p> | |
| | | <p>10.23.003 ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICEALES GASTROINTESTINALES ADULTO.</p> | |
| | | <p>DESCRIPCIÓN</p> | |
| | | <p>AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA; AGUJA DE 19 G; EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM. CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., LONGITUD DE 1800 A 2400 MM. O</p> | |
| | | <p>AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA; AGUJA DE 23 G; EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM. CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., LONGITUD 1800 A 2400 MM. O</p> | |
| | | <p>AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA; AGUJA DE 25 G; EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM. CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., LONGITUD 1800 A 2400 MM. O</p> | |
| | | <p>CIANOCRILATO VIAL</p> | |
| | | <p>LIPIODOL FRASCO ÁMPULA.</p> | |
| | | <p>10.23.004 COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y/O PANCREÁTICA, CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO ADULTO.</p> | |
| | | <p>DESCRIPCIÓN</p> | |
| | | <p>GUÍA DE ALTO RENDIMIENTO, DIÁMETRO DENTRO DEL RANGO DE 0.018" A 0.038".</p> | |

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE
MÉXICO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



Handwritten mark

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | EQUIPO DE CEPILLO PARA CITOLOGÍA BILIAR GUIADO, (INCLUYE: CAMISA PARA EL CEPILLO, CEPILLO CON DIÁMETRO EN EL RANGO DE 3 A 3.5 MM., PUNTA FLEXIBLE EN EL RANGO DE 2.5 A 3.5 CM., 6 FR., LONGITUD 115 CM., O MAYOR. | |
| | | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN. 30 MM. 5.5 A 7 FR. 200 A 240 CM., DE LONGITUD. O | |
| | | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN. 20 MM. 5.5 A 7 FR. 200 A 240 CM., DE LONGITUD. O | |
| | | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN DE PRECORTE DE 7 A 5 FR. | |
| | | | 10.23.007 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR. | |
| | | | DESCRIPCIÓN | |
| | | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN. 30 MM. 5.5 A 7 FR. 200 A 240 CM., DE LONGITUD. O | |
| | | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN. 20 MM. 5.5 A 7 FR. 200 A 240 CM., DE LONGITUD. O | |
| | | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN DE PRECORTE DE 7 A 5 FR. | |
| | | | STENT PLÁSTICA BILIAR PRECARGADA DE CALIBRE 8.5 A 11.5 FR., Y 5 HASTA 15 CMS LONGITUD. | |
| | | | BALÓN DE DILATACIÓN ENTRE 4 A 20MM., DE DIÁMETRO POR 3 A 4 CM., DE LONGITUD, CON MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA INSUFLACIÓN. O | |
| | | | CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR CALIBRADO EN EL RANGO DE 6 A 12 FR., CON LONGITUD EN EL RANGO DE 180 A 240 CM. | |
| | | | GUÍA DE ALTO RENDIMIENTO, DIÁMETRO DENTRO DEL RANGO DE 0.018" A 0.035" | |
| | | | 10.23.008 DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO Y/O BAJO ADULTO. | |
| | | | DESCRIPCIÓN | |
| | | | BALÓN O CATÉTER DE DILATACIÓN ESOFÁGICA Y PILÓRICA DE MEDIDAS EN FORMA PROGRESIVA DESDE 6 HASTA 20 MM., CADA BALÓN O CATÉTER DEBERÁ OFRECER 3 MEDIDAS, CON GUÍA Y JERINGA DE 60 CC. CON MANÓMETRO INTEGRADO PARA INSUFLACIÓN DE BALÓN DE DILATACIÓN. | |
| | | | 10.23.009 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA BÁSICA ADULTO. | |

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.**

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN. 30 MM. 5.5 A 7 FR. 200 A 240 CM., DE LONGITUD. O |
| | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN. 20 MM. 5.5 A 7 FR. 200 A 240 CM., DE LONGITUD. |
| | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN DE PRECORTE DE 7 A 5 FR. |
| | STENT PLÁSTICA PANCREÁTICA PRECARGADA ENTRE 5 A 9 FR. X 5 A 10 CM., DE LONGITUD. |
| | STENT PLÁSTICA BILIAR PRECARGADA ENTRE 8.5 A 11.5 FR. X 5 A 18 CM., DE LONGITUD. |
| | BALÓN DE DILATACIÓN ENTRE 4 A 20 MM., DIÁMETRO Y 3 A 4 CM., DE LONGITUD, CON MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA INSUFLACIÓN. O |
| | CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR CALIBRADO EN UN RANGO DE 6 A 12 FR., CON DE 180 A 240 CM., DE LONGITUD. |
| | GUÍA DE ALTO RENDIMIENTO, DIÁMETRO DENTRO DEL RANGO DE 0.018" A 0.035". |
| 10.23.015 GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA ADULTO. | |
| DESCRIPCIÓN | |
| | SET DE GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA, DE COLOCACIÓN INICIAL ESTÁNDAR, 24 FR., POR MÉTODO DE TRACCIÓN Y ACCESORIOS PARA COLOCACIÓN. |
| | BOTÓN DE REPUESTO O RECAMBIO SEGÚN CALIBRE SOLICITADO |
| 10.23.020 MUCOSECTOMÍA ENDOSCÓPICA Y DISECCIÓN DE TUBO DIGESTIVO | |
| DESCRIPCIÓN | |
| | KIT DE MUCOSECTOMÍA QUE CONTIENE: LIGADOR CON 6 O 7 BANDAS PARA TUBO DE 8.6 A 13 MM. LAZO OVALADO PARA POLIPECTOMÍA CON LONGITUD DE CATÉTER DE 230 A 240 MM. AGUJA PARA ESCLEROTERAPIA DE 23 G Y LONGITUD DE CATÉTER DE 240 MM. |
| | CUCHILLO PARA HIDRODISECCION ENDOSCÓPICA TIPO I OT U O DE 180 A 240 MM DE LONGITUD. O SONDA DE CORTE QUE SEAN COMPATIBLES CON EL EQUIPO OFERTADO. |
| | CLIPS DE HEMOSTASIA ENDOSCÓPICO. |

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.

FO-CON-08



GOBIERNO DE
MÉXICO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



Handwritten signature

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | CAPUCHONES PARA HIDRODISECCION ENDOSCÓPICA COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. |
| | | | AGUJA DE HEMOSTASIA : 23 G., EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM., CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., 240 CM., DE LONGITUD. |
| | | | 10.23.022 POLIPECTOMÍA DE TUBO DIGESTIVO ALTO Y/O BAJO ADULTO. |
| | | | DESCRIPCIÓN |
| | | | ASA ENDOSCÓPICA PARA POLIPECTOMÍA, DE VARIAS MEDIDAS |
| | | | ASA ENDOSCÓPICA CON RED PARA ATRAPAR PÓLIPOS, DE ACUERDO AL CANAL DE TRABAJO. |
| | | | AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA: 23 G., EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM., CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., 180 A 240 CM., DE LONGITUD. O |
| | | | AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA: 25 G., EXTENSIÓN MÁXIMA DE 4 MM., CATÉTER CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.3 MM., 180 A 240 CM., DE LONGITUD. O |
| | | | 10.23.023 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA COMPLEJA. |
| | | | DESCRIPCIÓN |
| | | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN. 30 MM. 5.5 A 7 FR. 200 A 240 CM., DE LONGITUD. O |
| | | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN. 20 MM. 5.5 A 7 FR. 200 A 240 CM., DE LONGITUD. O |
| | | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN DE PRECORTE DE 7 A 5 FR. |
| | | | STENT PLÁSTICO PANCREÁTICO DE 5 A 10 FR. X 5 A 10 CM., DE LONGITUD. |
| | | | STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTA Y NO CUBIERTA DE NITINOL BILIAR DE 6, 8, 10 FR. X 4, 6, 8 CM., DE LONGITUD. |
| | | | BALÓN DE DILATACIÓN BILIAR DE 4 A 10 MM., DIÁMETRO Y 3 A 4 CM., DE LONGITUD, CON MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA INSUFLACIÓN. O |
| | | | CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR CALIBRADO EN EL RANGO DE 6 A 12 FR., CON LONGITUD DE 230 A 240 CM. |

Handwritten mark

Handwritten signature



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

[Handwritten signature]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | GUÍA DE ALTO RENDIMIENTO, DIÁMETRO DENTRO DEL RANGO DE 0.018" A 0.035", CON LONGITUD DE 230 A 240 CM. | |
| | | 10.23.024 COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA PARA EXTRACCIÓN DE LITOS BÁSICA ADULTO. | |
| | | DESCRIPCIÓN | |
| | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN. 30 MM. 5.5 A 7 FR. 200 A 240 CM., DE LONGITUD. O | |
| | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN. 20 MM. 5.5 A 7 FR. 200 A 240 CM., DE LONGITUD. O | |
| | | ESFINTEROTÓMO DE TRIPLE LUMEN DE PRECORTE DE 7 A 5 FR. | |
| | | CANASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE 2 A 2.8 MM., DE DIÁMETRO CON APERTURA DE CANASTA DE 1.5 CM. O | |
| | | CANASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE 2 A 2.8 MM., DE DIÁMETRO CON APERTURA DE CANASTA DE 2.0 CM. O | |
| | | CANASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE 2 A 2.8 MM, DE DIÁMETRO CON APERTURA DE CANASTA DE 2.5 CM. O | |
| | | CANASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES DE 2 A 2.8 MM, DE DIÁMETRO CON APERTURA DE CANASTA DE 3.0 CM. | |
| | | GUÍA DE ALTO RENDIMIENTO, DIÁMETRO DENTRO DEL RANGO DE 0.018" A 0.035". | |
| | | BALÓN DE DILATACIÓN BILIAR HIDROSTÁTICO O HIDRONEUMÁTICO ENTRE 4 A 20 MM. DE DIÁMETRO, CON UN RANGO DE 4 A 8 CM. DE LONGITUD. | |
| | | 10.23.025 DRENAJE ENDOSCÓPICO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO. | |
| | | DESCRIPCIÓN | |
| | | ESFINTEROTÓMO DE CORTE O PRECORTE, DE 5 MM., O 7.5 FR. | |
| | | GUÍA DE ALTO RENDIMIENTO DE 0.035" Y 450 CM., DE LONGITUD. | |
| | | ENDOPRÓTESIS PLÁSTICA DE DOBLE COLA DE COCHINO, 4 A 5 CM., DE LONGITUD Y 10 FR. | |
| | | BALÓN DE DILATACIÓN DE 10 A 20 MM., DE DIÁMETRO Y 4 A 6 CM., DE LONGITUD, CON MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA INSUFLACIÓN. | |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.

FO-CON-08



GOBIERNO DE
MÉXICO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



[Handwritten signature]

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| NO. | BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC) | |
|-----------|---|---|
| 10.22.902 | AGUJA DE ASPIRACIÓN PARA LESIONES Y BIOPSIA DE 19 A 25 GA., ESTÉRILES, CON EXTENSIÓN DE 8CM., CON JERINGA INCLUIDA DE 5 Ó 10CC., CON CAMISA PARA AJUSTE PREVIO A LA TOMA, CON SEGUROS DE LA CAMISA Y DE LA AGUJA, CON GUÍA METÁLICA, COMPATIBLE CON EL US ENDOSCOPICO | |
| 10.23.901 | PRÓTESIS METÁLICA, AUTOEXPANDIBLE, REMOVIBLE, TOTALMENTE CUBIERTA DE SILICÓN, CON DIÁMETRO EN EL RANGO DE 16 A 25 MM. Y UNA LONGITUD DE 5 A 18 CM., CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN QUE INCLUYE SOBRE TUBO EXTRACTOR DE 100 CM., Y CABLE EXTRACTOR CON DIÁMETRO EXTERNO DE 28 FR. | |
| 10.23.903 | PINZA ANCHOR Y TWIN GRASPER, DE 180 A 230 CM., DE LONGITUD, CON CLIPS PARA SELLADO DE PERFORACIONES, FÍSTULAS Y SANGRADOS CON TRES TIPOS DE CONFIGURACIÓN DE MORDIDA, DIÁMETRO 11, 12 Y 14 MM. O EQUIVALENTE QUE CUMPLA LA MISMA FUNCIÓN. | LOS LICITANTES DEBERÁN AJUSTARSE A LAS MEDIDAS Y LONGITUDES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE |
| 10.23.905 | PRÓTESIS AUTOEXPANDIBLE TOTAL O PARCIALMENTE O TOTALMENTE DESCUBIERTA PARA USO DE TUBO DIGESTIVO CON DIÁMETRO MÍNIMO DE 18MM Y LONGITUD DE ACUERDO AL ÁREA ANATÓMICA | |
| 10.23.906 | SISTEMA TIPO OTSG O EQUIVALENTE QUE CUMPLA LA MISMA FUNCIÓN, PARA SELLADO DE PERFORACIONES, FÍSTULAS Y SANGRADOS Y RESECCIONES. | |
| 10.23.908 | PRÓTESIS BILIAR, METÁLICA DE NITINOL TOTALMENTE CUBIERTA, AUTOEXPANDIBLE DE 10 MM., DE DIÁMETRO Y 4CM., DE LONGITUD, CON INTRODUTOR DE 6FR., GUÍA 0.035" PULGADAS, DE 200 CM., DE LONGITUD. | |
| 10.23.909 | PRÓTESIS ESOFÁGICA DE 18 MM. DE DIÁMETRO Y 8 CM., DE LONGITUD, CON GUÍA. | |
| 10.23.910 | PRÓTESIS Ó STENT PLÁSTICA BILIAR, PRECARGADA, CALIBRE DE 8.5 A 11.5 FR., LONGITUD DE 5 A 15 CM. | |
| 10.23.911 | PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE TIPO YOYO PARA DRENAJE DE PSEUDOQUISTE O NECROSECTOMIA PANCREÁTICA DE 10 MM Ó MÁS DE APERTURA Y DE DIAMETRO LATERAL DE 20 MM DE LONGITUD COMO MÍNIMO | |

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETROGRADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | <p>10.23.912 ASA PARA POLIPECTOMÍA TIPO KUDO, O SIMILAR CON TRES MEDIDAS DE ASA, CONTROLABLE Y DESECHABLE DE 2.6 MM., DE DIÁMETRO Y 230 CM., DE LONGITUD</p> <p>10.23.913 ASA PARA PÓLIPOS PLANOS CON CRECIMIENTO LATERAL, DIENTE DE TIBURÓN DE 2.6 MM DE DIÁMETRO DE 230CM DE LONGITUD</p> <p>10.23.914 BALÓN PARA DILATACIÓN NEUMÁTICA, PARA LA ESTRECHEZ ESOFÁGICA DE 20 A 40 MM., DE DIÁMETRO, CON ACCESORIO DE INSUFLACIÓN. PARA EL CASO DE PEDIATRÍA DEBEN DE SER DE 5.6,8,10,12,14,16,18 Y 20 ATM O BALÓN DE DILATACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA Y DEL PACIENTE PEDIÁTRICO.</p> <p>10.23.915 CANASTILLA CON RED DE 180 A 240 CM., DE LONGITUD Y DE 3 X 6 CM., DE DIÁMETRO.</p> <p>10.23.916 CEPILLO DE 2.5 O MAYOR PARA CITOLOGÍA ESOFÁGICA, COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO.</p> <p>10.23.918 CATÉTER DE ABLACIÓN CON ARGÓN HIBRIDA CON LONG DE MAS DE 1.9 METROS Y DIÁMETRO DE 2.3 MM O SONDA DE ARGÓN CON LONGITUD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE</p> <p>10.23.919 POLVO HEMOSTÁTICO PARA COAPTACIÓN DE SANGRADO NO VARICEAL.</p> <p>10.23.920 SONDA DE COAGULACIÓN BIPOLAR PARA LESIONES SANGRANTES NO VARICEAL.</p> <p>10.23.921 SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DIRECTA DIGITAL DE VÍA BILIAR.</p> <p>10.23.923 CEPILLO DE CITOLOGÍA PARA VÍA BILIAR GUIADO DE AL MENOS 2.5 MM DE DIÁMETRO.</p> | <p>DEBERÁ DE AJUSTARSE A LAS MEDIDAS Y LONGITUDES ENLISTADAS Y SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p> |
| | | ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | |
| 2. | <p>ANEXO T1 REQUERIMIENTO PÁGINAS 124, 125, 126</p> | <p>DICE: 10.22.001 CÁPSULA ENDOSCÓPICA COLÓNICA O INTESTINAL ADULTO</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN EL ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO NO FUERON REGISTRADAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO CON EL CUAL SE REALIZA ESTE PROCEDIMIENTO Y, ADEMÁS, NO FORMA PARTE DEL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS</p> | <p>ESTE ANEXO FORMA PARTE DE LO REQUERIDO POR ESTA CONVOCANTE, Y POR TAL MOTIVO DEBERÁ SER TOMADO EN CUENTA POR TODOS LOS PARTICIPANTES.</p> |

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.

FO-CON-08



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050CYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| | | <p>DEL CONTRATO ACTUAL: ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE PROCEDIMIENTO NO FORMARÁ PARTE DE LA OFERTA DE LOS DIFERENTES LICITANTES PARA ESTE PROCESO LICITATORIO. O EN SU DEFECTO, CONFIRMARNOS QUE LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA. ESTE EQUIPO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>531.316.0102 EQUIPO DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA PARA VISUALIZACIÓN DEL TRACTO DIGESTIVO. CAPAZ DE INTERACTUAR CON CÁPSULAS DE ESÓFAGO, INTESTINO DELGADO Y DE COLON, QUE DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES, INCLUYA:</p> <p>SISTEMA DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN DIAGNÓSTICOS DEL ESÓFAGO, INTESTINO DELGADO Y COLON, TOMA DE IMÁGENES DEL TRACTO GASTROINTESTINAL Y TRANSMITE LOS DATOS DE IMAGEN MEDIANTE TRANSMISIÓN POR RADIO. CONSTA DE: CÁPSULA ENDOSCÓPICA, UNIDAD DE GRABACIÓN, EL VISOR A TIEMPO REAL Y LA ESTACIÓN DE TRABAJO.</p> <p>CAPAZ DE TRABAJAR CON SISTEMA DE 8 SENSORES O ANTENAS Y SENSOR DE CINTURÓN PARA LA RECEPCIÓN DE IMÁGENES.</p> <p>CON PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS Y PARA VISUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN TIEMPO REAL.</p> <p>COMPATIBLE CON SOFTWARE RAPID.</p> <p>SISTEMA PARA VISUALIZACIÓN DEL ESÓFAGO, INTESTINO DELGADO Y COLON.</p> <p>ESTACIÓN DE TRABAJO CON MONITOR A COLOR, TECLADO Y MOUSE.</p> <p>CÁPSULAS ENDOSCÓPICAS: INTESTINO DELGADO Y COLON.</p> </div> <p>FAVOR DE ACLARAR</p> | <p>LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p> |
| <p>3.</p> | <p>ANEXO T1 REQUERIMIENTO PÁGINAS 124, 125, 126</p> | <p>DICE: 10.23.921 SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DIRECTA DIGITAL DE VÍA BILIAR</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN EL ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO NO FUERON REGISTRADAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO CON EL CUAL SE REALIZA ESTE PROCEDIMIENTO Y, ADEMÁS, NO FORMA PARTE DEL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DEL CONTRATO ACTUAL; ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE</p> | <p>LOS LICITANTES DEBERÁN DE OFERTAR LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA</p> |



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

[Handwritten mark]

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>PROCEDIMIENTO NO FORMARÁ PARTE DE LA OFERTA DE LOS DIFERENTES LICITANTES PARA ESTE PROCESO LICITATORIO. O EN SU DEFECTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE EQUIPO, YA QUE EN LOS ÚLTIMOS PROCESOS DE LICITACIÓN NO HABÍA SIDO SOLICITADO ESTE SISTEMA POR EL INSTITUTO.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p> | FABRICANTE. |
| 4. | <p>ANEXO T1 REQUERIMIENTO PÁGINAS 124, 125, 126</p> | <p>OBSERVAMOS QUE COMO PARTE DE LAS PRESENTES BASES NO ESTÁN SIENDO SOLICITADOS LOS SIGUIENTES DOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>"10.23.013 EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN TUBO DIGESTIVO ALTO Y/O BAJO ADULTO" Y</p> <p>"10.23.010 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y LITOTRIZIA MECÁNICA PARA COLEDOCOLITIASIS COMPLEJA".</p> <p>LOS CUALES CUENTAN CON PRODUCTIVIDAD O ESTÁN SIENDO UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES MÉDICOS EN EL SERVICIO O CONTRATO ACTUAL.</p> <p>POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRMEN SI ESTOS PROCEDIMIENTOS FORMARÁN PARTE DE ESTE PROCESO DE LICITACIÓN O NO; Y DE SER POSITIVA SU RESPUESTA AGRADECERÍAMOS DE IGUAL MANERA NOS PROPORCIONEN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE AMBOS PROCEDIMIENTOS.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p> | <p>EFFECTIVAMENTE, SI SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN, Y SE REQUIEREN AL MENOS DOS COMO MÍNIMO Y MÁXIMO 2.</p> <p>LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p> |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, (LAASSP) ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA.

[Handwritten mark]

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LAASSP, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES EN EL PORTAL DE COMPRANET EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: www.compranet.hacienda.gob.mx

[Handwritten signature]

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.

FO-CON-08



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES



Handwritten mark

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL PLAZO PARA RECIBIR PREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS REMITIDAS SERÁ DE **6 HORAS**, CONTADAS A PARTIR DE LA HORA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA EN EL SISTEMA COMPRANET, EN CASO DE NO EXISTIR ALGUNA OTRA PREGUNTA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO ANTES MENCIONADO; ESTA ACTA SE CIERRA CON LAS PRECISIONES ESTABLECIDAS.-----

FINALMENTE, SE MENCIONA QUE EL ACTO DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO**, A LAS **ONCE HORAS** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO "COMPRANET", SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. -----

SE DIO POR TERMINADA ESTA JUNTA, SIENDO LAS **DOCE HORAS, CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS**, DEL DÍA **VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO**. -----

ESTA ACTA CONSTA DE **28 (VEINTIOCHO) HOJAS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA. -----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. -----

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|------------------------------|--|------------------------------|
| L.C. GABRIEL HIDALGO JIMÉNEZ | SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE | <i>Handwritten signature</i> |
| LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | <i>Handwritten signature</i> |

Handwritten marks and signatures

Handwritten mark



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

df

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR055-E533-2021. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS
DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA,
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA (CPRE9), MOTALIDAD DEL TUBO
DIGESTIVO, ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO Y VIDEO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|---|--|-------|
| DR. PABLO DE JESÚS BALTAZAR MONTUFAR | JEFE DEL DEPARTAMENTO CLÍNICO DE ENDOSCOPIAS DE LA UMAE | |
| LIC. AUGUSTO ELIAS PERALTA ALVAREZ | JEFE DE LA DIVISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS | |

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| NOMBRE | FIRMA |
|---|-------|
| L. C. ALBERTO CERVANTES REYES SE INVITO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2021, Y MEDIANTE OFICIO N° Ref. 361901150200/UMAE/ 616 /ADQ/ 4448 /2021 | |

FIN DEL ACTA

x