



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRICIA LASER.**

*2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"*

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **NUEVE HORAS**, DEL DÍA **VEINTIUNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO**, EN LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS Y ZAACHILA, SIN NÚMERO, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) Y 45 Y 46 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. GABRIEL HIDALGO JIMÉNEZ, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN LAS PREGUNTAS EN RELACIÓN A LA ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO O SOLICITUD A TRAVÉS DE COMPRANET, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ESTOS POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.

EL ACTO, FUE ASISTIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA Y USUARIA, **DR. ALFONSO COSSIO ZAZUETA**, ENC. DE LA DIVISIÓN DE CIRUGÍA DE LA UMAE, ASÍ COMO EL **DR. FÉLIX SANTAELLA TORRES**, JEFE DEL DEPARTAMENTO CLÍNICO DE UROLOGÍA, AMBOS PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, QUIENES REALIZARÁN LA CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y **LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO**, EL CUAL SOLVENTARÁ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, DIO INICIO EL EVENTO LICITATORIO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY Y 46 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO. AL RESPECTO ÚNICAMENTE PRESENTO UN LICITANTE PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA CONVOCATORIA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

No	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CompraNet	21

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO**  
**COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO**  
**NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021**  
**(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL**  
**SERVICIO DE LITOTRICIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**



Procedimiento: 1081959 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LITOTRIPSIA LASER

Expediente: 2375440 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LITOTRIPSIA LASER

Fecha y hora de apertura de propuestas: 27/12/2021 09:00:00

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora y Licitantes

Crear Mensajes | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Enviar de Mensajes | Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la LIC	Respuesta
Vitalmax Internacional S.A. de C.V.	15/12/2021 18:02	Formato de aclaraciones LA-050GYR055-E534-2021	20/12/2021 09:09	20/12/2021 09:09	

Totales: 1

**ESTA CONVOCANTE REALIZA LAS PRECISIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, MISMAS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE AL MOMENTO DE INTEGRAR LA CORRESPONDIENTE PROPUESTA, LO CUAL SE REALIZA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:**

**PRECISIÓN N° 1.**

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, QUE EL PERÍODO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE SERVICIO, SERÁ DEL **PRIMERO DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS**, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

**PRECISIÓN NÚMERO 2.**

**DICE:**

**EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA**

CLAVE:	ESPECIALIDAD (ES):	SERVICIO (S):
531.564.0267	CIRUGÍA GENERAL	QUIRÓFANOS.
DESCRIPCIÓN:	EQUIPO PORTÁTIL PARA LA VISUALIZACIÓN DE CAVIDADES, CON FINES DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CÁMARA DE COLOR, SENSIBLE, TECLADO, MONITORES DE VIDEO, FUENTE DE LUZ, GUÍA DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, INSUFLADOR DE CO2, CILINDRO DE GAS PARA CO2 DE ALTA PRESIÓN, CON REGULADOR Y MANÓMETRO. EQUIPO DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN, SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN, REGULADOR DE VOLTAJE	

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO**  
**COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO**  
**NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021**  
**(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL**  
**SERVICIO DE LITOTRIZIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

	CON ENTRADAS PARA TODOS LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO. CARRO, RODABLE, CON FRENS EN AL MENOS 2 RUEDAS. TODOS LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ	
<b>REFACCIONES</b>	LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO	
<b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b>	LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN PARA CO2. TUBO PLÁSTICO PARA CO2 CON CONECTORES. CABLE PARA CONEXIÓN CON EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN. CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS ÓPTICOS E INSTRUMENTOS, CON REJILLA DE COLADO Y TAPA. APLICADOR METÁLICO DE CLIPS ENDOSCÓPICOS. PORTAAGUJAS METÁLICO DE MANGO PALMAR. CÁNULAS METÁLICAS DE ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN AJUSTABLES AL SISTEMA DE VÁLVULAS PARA IRRIGACIÓN-ASPIRACIÓN. SEPARADOR METÁLICO DE HÍGADO. DE ACUERDO A MARCA, MODELO Y NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS	
<b>CONSUMIBLES:</b>	LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: TRÓCARES. REDUCTORES. AGUJAS. TIJERAS. PINZAS. GANCHOS. DISECTORES. CLIPS. APLICADORES DE CLIPS. CATÉTERES. TUBOS DE PLÁSTICO NO COLAPSABLES, FOCOS. VIDEOCASSETES O DISCO COMPACTO CALIDAD DIAGNÓSTICA.	
<b>INSTALACIÓN.</b>	<b>OPERACIÓN.</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>
* CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120/60 HERTZ.	* POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIONES	* PREVENTIVO * CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO

**DEBE DECIR:**

**TORRE DE ENDOSCOPIA**

CLAVE:	ESPECIALIDAD (ES):	SERVICIO (S):
531.564.0267	UROLOGÍA	QUIRÓFANOS.
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	EQUIPO PORTÁTIL PARA LA VISUALIZACIÓN DE CAVIDADES, CON FINES DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CÁMARA DE COLOR, SENSIBLE. TECLADO. MONITORES DE VIDEO. FUENTE DE LUZ. GUÍA DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN. REGULADOR DE VOLTAJE CON ENTRADAS PARA TODOS LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO. CARRO, RODABLE, CON FRENS EN AL MENOS 2 RUEDAS. TODOS LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ	
<b>REFACCIONES</b>	LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO	
<b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b>	LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN	

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRICIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

	DE LOS ELEMENTOS ÓPTICOS E INSTRUMENTOS.	
<b>CONSUMIBLES:</b>	LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: FOCOS. VIDEOCASSETES O DISCO COMPACTO CALIDAD DIAGNÓSTICA.	
<b>INSTALACIÓN.</b>	<b>OPERACIÓN.</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>
* CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120/60 HERTZ.	* POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIONES	* PREVENTIVO * CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33 BIS DE LA LAASSP, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO, Y AL NUMERAL 4 FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONVOCATORIA, QUE RIGE ESTE EVENTO LICITATORIO, LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL LICITANTE **VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**, FUE RECIBIDA A TRAVEZ DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO "COMPRANET", CONFORME AL PLAZO PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A CONTESTAR LAS PREGUNTAS FORMULADAS, CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

**A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO** -----

NÚMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	9.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.  CAPACIDAD DEL LICITANTE  2. CAPACIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS.  ECONÓMICOS: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2017 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL 2018 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADAS POR EL LICITANTE ANTE LA SHCP, EN DONDE SE EVALUARÁ TOMANDO EN CONSIDERACIÓN, UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:  PREGUNTA ES CORRECTO ENTENDER QUE HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL REGISTRAR LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2017 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL 2018 EN ESTOS APARTADOS; YA QUE DEBEN SER LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2020 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL 2021.  ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2020 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL 2021 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADAS POR EL LICITANTE ANTE LA SHCP
2	9.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CURRÍCULUM VITAE

SERIS. ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO. 57245900 EXT. 23110 Y 23081.

FO-CON-08



Handwritten mark

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LITOTRICIA LASER.

2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Table with 3 rows and 2 columns. Row 1: INCISO B) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. Row 2: 9.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS. Row 3: 3. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRICIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

	<p>EQUIPO E INSTRUMENTAL, ESTÉRIL Y LISTO PARA SU USO, EN SU CASO DEBE PROPORCIONAR SIN COSTO PARA "EL INSTITUTO" EL EQUIPO Y CONSUMIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA UNIDAD MÉDICA.</p> <p>PREGUNTA</p> <p>DERIVADO DE QUE MI REPRESENTADA UTILIZARÁ INSTRUMENTAL PARA LOS PROCEDIMIENTOS MATERIA DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE "EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR EL INSTRUMENTAL LIMPIO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO, PARA EFECTO DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR Y EN LA UNIDAD MÉDICA?</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
5	<p>EN EL NUMERAL 8.1 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEÑALA QUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTÁ CONFORME A LA PUBLICACIÓN EL D.O.F DE LA MISCELÁNEA FISCAL DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2014</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBEMOS DE BASARNOS EN LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA MISCELÁNEA FISCAL?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	<p>2.2.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.</p> <p>DICE:</p> <p>EN CASO DE QUE ALGUNOS DE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁN REFERENCIAR LOS BIENES INCLUIDOS EN EL ACUERDO PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE SE ESTABLECE EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. PARA LOS BIENES INCLUIDOS EN EL ANEXO 1 DEBERÁN PRESENTAR EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR COFEPRIS QUE LOS EXIMA DEL MISMO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO PRESENTANDO EL D.O.F. DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 ES SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA AQUELLOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



*[Handwritten signature]*

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRIZIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

7	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LA PORTADA Y LAS PÁGINAS DE LOS CATÁLOGOS O MANUALES O FOLLETOS, DONDE SE HACE REFERENCIA A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE ACUERDO A BASES O RESPUESTAS QUE RESULTEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES; TOMANDO EN CUENTA QUE, LOS DIFERENTES MANUALES, PUEDEN CONTENER MÁS DE 500 PÁGINAS, LO CUAL GENERARÍA QUE SE DIFICULTE EL PROCESO DE CARGA EN EL SISTEMA COMPRANET, Y ASÍ TAMBIÉN, LO RELACIONADO A LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, PUEDAN CONTENER ÚNICAMENTE LAS PAGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO REFERENCIAR DE MANERA CLARA TODOS LOS BIENES OFERTADOS.</p>
---	---	---

**B).- DE CARÁCTER LEGAL**

NÚMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
8	<p>ANEXO: CONVOCATORIA REFERENCIA: NUMERAL 7.2 PAGINA: 21</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS REFORMAS Y/O MODIFICACIONES DE ACTA CONSTITUTIVA QUE SE SOLICITAN DEBEN PRESENTARSE SOLAMENTE SI SE REFIEREN A LA EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA MORAL O LA RELACIÓN DE ACCIONISTAS.</p> <p>¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
9	<p>ANEXO: CONVOCATORIA REFERENCIA: NUMERAL 9.1, CAPACIDAD DEL LICITANTE PAGINA: 25</p> <p>A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA COMPUTAR LA ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL SE PODRÁ INCLUIR EL TIEMPO EN EL QUE LABORÓ EL TRABAJADOR PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL MECANISMO DE SUSTITUCIÓN PATRONAL QUE PREVÉ "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES; DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRICIA LASER.**

*2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"*

	<p>DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII BIS DEL APARTADO B. DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL" D.O.F. 23/04/2021. LO ANTERIOR, YA QUE CONFORME AL TRANSITORIO NÚMERO CUARTO DEL REFERIDO DECRETO SE RECONOCEN LOS DERECHOS LABORALES, INCLUIDO LA ANTIGÜEDAD, QUE SE HUBIERAN GENERADO POR EL EFECTO DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, DE TAL FORMA QUE PARA CUMPLIR CON LOS DOCE MESES SOLICITADOS SE PODRÁ COMPUTAR EL TIEMPO INCLUSO SI LOS TRABAJADORES HAN LABORADO CON DIFERENTES PATRONES.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
--	---	--

**C).- DE CARÁCTER TÉCNICO**

NÚMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
10	<p>PÁGINA 37 DE 71 "10.04.020 LITOTRICIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LÁSER)." PUNTO 7 DICE:  "CAMISA DE ACCESO URETERAL DE DOBLE LUMEN DE 35 A 45 CM., DE LONGITUD."  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTOS PUNTOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  "CAMISA DE ACCESO URETERAL DE UNO Ó DOBLE LUMEN DE 35 A 45 CM., DE LONGITUD."  YA QUE LA CAMISA DE ACCESO URETERAL DE DOBLE LUMEN, ACTUALMENTE SE CONSIDERA OBSOLETA POR LOS DIFERENTES FABRICANTES.  ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
11	<p>PÁGINA 37 DE 71 "10.04.020 LITOTRICIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LÁSER)." PUNTO 8 DICE:  "SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>

SERIS. ESQUINA CON ZAACHILA S/N. COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



*[Handwritten mark]*

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO**  
**COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO**  
**NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021**  
**(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL**  
**SERVICIO DE LITOTRIZIA LASER.**

*2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"*

<p>DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 5 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD.70 CM CALIBRE 5 FR POSICIONADOR. RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD."</p> <p>"SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 26 CM CALIBRE. 5 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD.70 CM CALIBRE 5 FR POSICIONADOR. RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD."</p> <p>"SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 6 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD.70 CM CALIBRE 6 FR POSICIONADOR. RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD."</p> <p>"SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 7 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD.70 CM CALIBRE 7 FR POSICIONADOR. RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD"</p> <p>"SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES RADIOPACO DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 26 CM CALIBRE. 7 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO LONGITUD. 70 CM CALIBRE. 7 FR POSICIONADOR. RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTOS PUNTOS DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 5 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD.70 CM CALIBRE 5 FR POSICIONADOR. RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD Ó MEDIDAS COMPATIBLES CON EL CATÉTER OFERTADO."</p> <p>"SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 26 CM CALIBRE. 5 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD.70 CM CALIBRE 5 FR POSICIONADOR. RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD Ó MEDIDAS COMPATIBLES CON EL CATÉTER OFERTADO."</p>	<p><i>[Handwritten marks and signatures]</i></p>
--	--

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRICIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

	<p>"SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 6 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD.70 CM CALIBRE 6 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD Ó MEDIDAS COMPATIBLES CON EL CATÉTER OFERTADO."</p> <p>"SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 7 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD.70 CM CALIBRE 7 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD Ó MEDIDAS COMPATIBLES CON EL CATÉTER OFERTADO."</p> <p>"SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES RADIOPACO DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 26 CM CALIBRE. 7 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO LONGITUD. 70 CM CALIBRE. 7 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD Ó MEDIDAS COMPATIBLES CON EL CATÉTER OFERTADO."</p> <p>ESTO CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA, TOMANDO EN CUENTA QUE CADA FABRICANTE MAQUILA LAS LONGITUDES SUS POSICIONADORES DE ACUERDO A SU PROPIO DISEÑO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>12</p>	<p>PÁGINA 37 DE 71</p> <p>"10.04.020 LITOTRICIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LÁSER)." PUNTO 10</p> <p>DICE:</p> <p>"SONDA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O TOTALMENTE DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 1.5 A 3 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VÍAS: CALIBRE 18 A 22 FR. O"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"SONDA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O TOTALMENTE DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 1.5 A 5 Ó 30 ML., CON VÁLVULA</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



*[Handwritten mark]*

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRIZIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

	<p>PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VÍAS: CALIBRE 18 A 22 FR. O"</p> <p>ESTO CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA; TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE TIPO DE SONDAS DE ACUERDO A SU CALIBRE, SON MAQUILADAS POR LOS DIFERENTES LICITANTES, CON GLOBO DE 5 Ó 30 ML.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p><b>13</b></p>	<p>PÁGINA 38 DE 71 "INSUMOS ADICIONALES"</p> <p>PUNTO 12</p> <p>DICE:</p> <p>"SELLO ENDOSCOPICO DE ALTO FLUJO"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"SELLO ENDOSCOPICO DE ALTO FLUJO Ó CAPUCHÓN DE SELLADO"</p> <p>ESTO CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, YA QUE DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO, EL CONTAR CON UN SELLO ENDOSCÓPICO DE ALTO FLUJO PERMITE ALCANZAR MAYOR EFICACIA, SI NO EXISTEN FUGAS DEL FLUJO, POR LO SE REQUIERE DE DICHO INSUMO EN BENEFICIO DE LA DERECHOHABIENCIA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y ARTICULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
<p><b>14</b></p>	<p>PÁGINA 38 DE 71 "INSUMOS ADICIONALES"</p> <p>PUNTO 13</p> <p>DICE:</p> <p>"SONDA DE SYMPLASTIC 3 VIAS20 FR"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"SONDA DE SYMPLASTIC Ó ELASTÓMERO DE SILICÓN 3 VIAS 20 FR"</p> <p>ESTO CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRIZIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

15	<p>PÁGINA 38 DE 71 "INSUMOS ADICIONALES"</p> <p>PUNTO 14</p> <p>DICE:</p> <p>"SONDA DE SYMPLASTIC 3 VIAS22 FR"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"SONDA DE SYMPLASTIC Ó ELASTÓMERO DE SILICÓN 3 VIAS 22 FR"</p> <p>ESTO CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
16	<p>PÁGINA 38 DE 71 "INSUMOS ADICIONALES"</p> <p>PUNTO 21</p> <p>DICE:</p> <p>"CANASTA DORMIA NITINOL 10FR X 38CM PERCU"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO SOLICITAR DICHO INSUMO, YA QUE EL ÚNICO FABRICANTE QUE PRODUCE ESTE INSUMO DE ACUERDO A SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (COOK MEDICAL). INFORMA QUE ACTUALMENTE DICHO PRODUCTO SE ENCUENTRA EN OBSOLESCENCIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
17	<p>PÁGINA 38 DE 71 "INSUMOS ADICIONALES"</p> <p>PUNTO 26</p> <p>DICE:</p> <p>"SISTEMA DE IRRIGACION TRAXERFLOW"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



*[Handwritten signature]*

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRIZIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

	<p>"SISTEMA DE IRRIGACIÓN"</p> <p>ESTO CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA, YA QUE EL MODELO "TRAXERFLOW" HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA EN ESPECÍFICO, LA CUAL ACTUALMENTE NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN REGULATORIA PARA CUMPLIR CON UN PROCESO LICITATORIO DEL GOBIERNO MEXICANO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>18</p>	<p>PÁGINA 38 (ÚLTIMO PÁRRAFO) Y 39 DE 71</p> <p>"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS"</p> <p>PUNTOS: "LITROTIPTOR VERSAPULSE POWERSUITE" "URETEROFIBROSCOPIO" "EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA"</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ESTOS 3 EQUIPOS, NO DEBERÁN FORMAR PARTE DE LA OFERTA DE LOS DIFERENTES LICITANTES; YA QUE CREEMOS QUE HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL REGISTRAR DICHAS DESCRIPCIONES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DADO QUE LAS MISMAS PERTENECEN A OTRO TIPO DE CONTRATO.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, LAS DESCRIPCIONES CORRECTAS DE LOS 2 ÚNICOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, YA SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN LAS PÁGINAS 35 Y 36 DE 71 CON LOS SIGUIENTES NOMBRES:</p> <p>"531.350.0133 LÁSER QUIRÚRGICO DE HOLMIO. "EQUIPO ITINERANTE"</p> <p>"URETEROSCÓPIO FLEXIBLE: DIÁMETRO EXTERNO DISTAL DE 6 A 7.5 FR. O CHARR, DIÁMETRO EXTERNO PROXIMAL DE 6.9 A 8.8 FR. O CHARR, VISIÓN DE 0° A 5°, CANAL DE TRABAJO DE 3.6 FR. O CHARR., LONCITUD EN EL RANCO DE 40 A 70 CM. CON CAPACIDAD DE ANGULACIÓN TOTAL DE LA PUNTA MÍNIMA DE 180° HACIA ARRIBA Y 170° HACIA ABAJO."</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTO EN CUENTO SE REFIERE A LOS DOS PRIMEROS ÍTEMS. PARA EL CASO DEL EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA VER ACLARACIONES Y PRECISIONES DE LA CONVOCANTE.</p>
<p>19</p>	<p>ANEXO 1 (UNO) "LÁSER QUIRÚRGICO DE HOLMIO"</p>	<p>LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS PARA EL LASER QUIRÚRGICO DE HOLMIO:</p>

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRICIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

<p>TOMANDO EN CUENTA QUE LA UNIDAD MÉDICA DONDE SE UTILIZARÁ ESTE EQUIPO, ES UN "UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD (UMAE)" Y "CENTRO MÉDICO NACIONAL (CMN)". CONSIDERAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS QUE REQUIERE LA CONVOCANTE, Y ASÍ TAMBIÉN, DEBAN OFERTAR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU PROPUESTA, ES LA DE UN "EQUIPO LÁSER QUIRÚRGICO DE HOLMIO CON UNA POTENCIA MÍNIMA DE 50W".</p> <p>YA QUE CREEMOS QUE, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, SE REGISTRARON EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UN EQUIPO QUE SE CONSIDERA ACTUALMENTE EN OBSOLESCENCIA, EL CUAL UTILIZABA ESTA UNIDAD MÉDICA HACE MÁS DE 5 AÑOS ATRÁS; Y POR EL AVANCE TECNOLÓGICO, ACTUALMENTE ESTA UNIDAD MÉDICA UTILIZA PARA ESTE SERVICIO, UN LÁSER QUIRÚRGICO DE HOLMIO CON UNA POTENCIA DE 50W.</p> <p>POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LAS CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACTUALIZADAS PARA ESTE EQUIPO, EN FUNCIÓN DE LO ANTES MENCIONADO, O NOS CONFIRME QUE EL EQUIPO A OFERTAR POR PARTE DE TODOS LOS LICITANTES, DEBERÁ SER UN "LÁSER QUIRÚRGICO DE HOLMIO CON UNA POTENCIA MÍNIMA DE 50W"</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>1.6 531.350.0133 LÁSER QUIRÚRGICO DE HOLMIO.</p> <p>EQUIPO QUE PROPORCIONA LA POTENCIA ÓPTIMA PARA TRATAMIENTOS DE PIEDRAS Y DE TEJIDO SUAVE. PARA TRATAMIENTO EN PROCEDIMIENTO UROLÓGICOS DE: LITOTRICIA RENAL, URETRAL Y CÁLCULOS DE VEJIGA, LITOTRICIA DE CÁLCULOS IMPACTADOS, ESTENOSIS URETRAL, TUMORES EN VEJIGA Y URETRALES, CARCINOMAS DE VEJIGA.</p> <p>1.6.1 LASER QUIRÚRGICO HOLMIO 1.6.2 MEDIO ACTIVO: HOLMIO YAG 1.6.3 LÁSER CON LONGITUD DE ONDA DEL HAZ DE TRATAMIENTO EN EL RANGO DE 2000 A 2100 NM. 1.6.4 LÁSER APLICADO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA CON DIÁMETROS ENTRE 200 A 1000 UM. 1.6.5 LUZ GUÍA O HAZ DE PUNTERÍA DE LÁSER CON TRES AJUSTES DE INTENSIDAD O MAYOR 1.6.6 POTENCIA DE SALIDA DEL PULSO 1.6.6.1 PARA USO DE LITOTRICIA, ABLACIÓN Y VAPORACIÓN DE TEJIDO BLANDOS CON POTENCIA MÍNIMA NO MENOR DE 50 W. 1.6.6.2 RANGO DE ENERGÍA POR PULSO DE 200 A 3500 MJ O MAYOR 1.6.6.3 FRECUENCIA DE PULSOS EN UN RANGO DE 5 MÍNIMO A 25 HZ. O MAYOR. 1.6.6.4 DURACIÓN EL PULSO DE 150 MSEC O MENOR A 600 MSEC O MAYOR 1.6.6.5 FORMA DE ONDA PULSADA. 1.6.7 PANEL DE CONTROL CON PANTALLA SENSIBLE AL TACTO PARA EL DESPLIEGUE Y AJUSTE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: POTENCIA, FRECUENCIA DEL PULSO, DURACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL LÁSER. INTERFAZ GRÁFICA FÁCIL DE USAR, QUE PERMITE DOS DIFERENTES MODOS DE FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO, SIN NECESIDAD DE ALTERNAR ENTRE PANTALLAS. 1.6.8 DESPLIEGUE DE PANTALLA DE VALOR NUMÉRICO DE LA ENERGÍA LIBERADA EN EL PACIENTE, EN CASO DE USO DE FIBRAS ÓPTICAS REUSABLES SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE FIBRAS DE ACUERDO AL FABRICANTE. 1.6.9 DISPARO DEL LÁSER ACTIVADO POR PEDAL. 1.6.10 PEDAL DUAL PARA PROGRAMACION DE 2</p>
--	--

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



*Handwritten signature*

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRIZIA LASER.**

**2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"**

		<p>DIFERENTES PARAMETROS DE TRABAJO LASER</p> <p>1.6.11 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.</p> <p>1.6.12 FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA DEL EQUIPO CON DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ERROR.</p> <p>1.6.13 BOTÓN DE BLOQUEO ACTIVADO POR EL USUARIO EN CASO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA.</p> <p>1.6.14 BOTÓN DE ACTIVACIÓN Y REPOSO DEL DISPARO.</p> <p>1.6.15 ACCESORIOS:</p> <p>1.6.15.1 LENTES O GOOGLES DE PROTECCIÓN.</p> <p>1.6.15.2 CORTADOR DE FIBRAS ÓPTICAS</p> <p>1.6.15.3 PELADOR DE FIBRAS ÓPTICAS</p>
20	<p>"10.04.020 LITOTRIZIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LÁSER)" PÁGINA 37 DE 71 N° PROC.: 1 A 12</p> <p>"LITOTRIZIA URETEROPIELOCALICIAL C/ LASER - INSUMOS ADICIONALES" PÁGINA 38 DE 71 N°: 1 A 27</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CONSUMIBLES O INSUMOS A OFERTAR POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES; Y ASÍ TAMBIÉN, SER PROPORCIONADOS COMO PARTE DEL SERVICIO QUE BRINDARÁ EL LICITANTE ADJUDICADO, SERÁN ÚNICAMENTE LOS REGISTRADOS EN ESTOS DOS APARTADOS.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
21	<p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL REUSABLE A OFERTAR POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES, DEBERÁN ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO; TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS BASES DE LICITACIÓN HACEN REFERENCIA A UN SERVICIO INTEGRAL Y NO ASÍ, A UNA COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL POR PARTE DE LA CONVOCANTE. DONDE EL LICITANTE ADJUDICADO, SE COMPROMETE EN MANTENER LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS REUSABLES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A TRAVÉS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS O CAMBIO DE UN PRODUCTO POR OTRO, DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DE PRESENTARSE EL CASO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>EL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DEBERÁN ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. LOS CONSUMIBLES DEBERÁN SER NUEVOS. EL EQUIPO LASER DE HOLMIO DEBERÁ DE CUMPLIR COMO MÁXIMO, CON 4(CINCO) AÑOS DE SU FABRICACIÓN, CUBRIENDO LA VIGENCIA DEL CONTRATO</p>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRICIA LASER.**

*2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"*

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, (LAASSP) ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA. -----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LAASSP, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES EN EL PORTAL DE COMPRANET EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [www.compranet.hacienda.gob.mx](http://www.compranet.hacienda.gob.mx)-----

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PLAZO PARA RECIBIR PREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS REMITIDAS SERÁ DE **6 HORAS**, CONTADAS A PARTIR DE LA HORA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA EN EL SISTEMA COMPRANET, EN CASO DE NO EXISTIR ALGUNA OTRA PREGUNTA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO ANTES MENCIONADO; ESTA ACTA SE CIERRA CON LAS PRECISIONES ESTABLECIDAS.-----

FINALMENTE, SE MENCIONA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, A LAS NUEVE HORAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO "COMPRANET", SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. -----

SE DIO POR TERMINADA ESTA JUNTA, SIENDO LAS **NUEVE HORAS, CON TREINTA MINUTOS** DEL DÍA **VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.** -----

ESTA ACTA CONSTA DE **14 (CATORCE) HOJAS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA. -----

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.** -----

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
L.C. GABRIEL HIDALGO JIMÉNEZ	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE	

SERIS, ESQUINA CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO, 57245900 EXT. 23110 Y 23081.

FO-CON-08



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO  
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
NÚMERO LA-050GYR055-E534-2021  
(ELECTRÓNICA), PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE LITOTRIZIA LASER.**

*2021 "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"*

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
DR. ALFONSO COSSIO ZAZUETA	ENC. DE LA DIVISIÓN DE CIRUGÍA DE LA UMAE	
DR. FÉLIX SANTAELLA TORRES	JEFE DEL DEPARTAMENTO CLÍNICO DE UROLOGÍA DE LA UMAE	
LIC. AUGUSTO ELÍAS PERALTA ÁLVAREZ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	FIRMA
<p><b>L. C. ALBERTO CERVANTES REYES</b> SE INVITO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2021, Y MEDIANTE OFICIO N° Ref. 361901150200/UMAE/ 616 /ADQ/ 4448 /2021</p>	

**FIN DEL ACTA**

