

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", UBICADA EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA ANTES MENCIONADA Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36 SEGUNDO PÁRRAFO, 39 FRACCIÓN II, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 FRACCIÓN I, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Y 96, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 92, 93,94, 95, 108 Y 126 SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA., PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026**.**

MTRO. JORGE JESUS RESENDIZ ROSALES, ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", QUIEN PRESIDE EL ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PARTICIPANTES DE ESTE EVENTO, CON EL PROPÓSITO DE RUBRICAR PARA DEJAR CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS00 ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026 PARA LA CONTRATACION DE "SMI DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026,** PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA:

DICE:

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO"
CONVOCANTE
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	DÍA	MES	AÑO
FECHA			

NOMBRE DEL LICITANTE _____ R.F.C. _____
DOMICILIO _____
_____

FABRICANTE _____
DISTRIBUIDOR _____ R.F.C. _____

TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE LICITANTE IMSS

LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL **ANEXO NÚMERO 2 (DOS)**, DE ESTA INVITACIÓN.

RENGLÓN	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					SUB TOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

_____
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

DEBE DECIR:

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO"
CONVOCANTE
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	DÍA	MES	AÑO
FECHA			

NOMBRE DEL LICITANTE _____ R.F.C. _____
DOMICILIO _____
_____
FABRICANTE _____
DISTRIBUIDOR _____ R.F.C. _____

TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE LICITANTE IMSS

LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL **ANEXO NÚMERO 2 (DOS)**, DE ESTA INVITACIÓN.

No. de partida	CUCOP	CLAVE CEPIM	Descripción	CANT MINIMA	CANT MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
						SUB TOTAL		
						IVA		
						TOTAL		

NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

_____
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

DICE:

NUMERAL 4. EQUIPO MÉDICO, SUBNUMERAL 4.3.1.
FORMATO T27 " PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/DOCUMENTAL"

DEBE DECIR:

NUMERAL 4. EQUIPO MÉDICO, SUBNUMERAL 4.3.1.
FORMATO T17 " PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/DOCUMENTAL"

DICE:

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE,
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO H) DEL NUMERAL 3.3 "PROPUESTA TECNICA"
DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS.

DEBE DECIR:


ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE,
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL **INCISO G)** DEL NUMERAL 3.3 "PROPUESTA TECNICA"
DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS.

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

SE INFORMA QUE SE RECIBIERON LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE ACLARACION:


Compras MX

10:02 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México — ZURY SADAY HERRERA MORA, Operador de unidad compradora

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	ARTIMEDICA SA DE CV	17/06/2026 16:07				
2	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	22/06/2026 11:31				
3	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	20/06/2026 13:30	20/06/2026 13:31			
4	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	19/06/2026 10:43	19/06/2026 12:56			
5	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	22/06/2026 16:08	22/06/2026 16:09			
6	EDWARDS LIFESCIENCES MEXICO SA DE CV	18/06/2026 09:27				
7	JUAMA SA DE CV	18/06/2026 13:59	18/06/2026 14:00			
8	MEDICAL LIFE SUPPLY SA DE CV	19/06/2026 11:45	19/06/2026 11:46			
9	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	19/06/2026 12:58	19/06/2026 12:59			
10	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	18/06/2026 08:52	18/06/2026 09:36			
11	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	17/06/2026 16:27				
12	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	23/06/2026 10:54				
13	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	19/06/2026 16:19	19/06/2026 16:25			

1 — 100

PREGUNTAS:

NOMBRE DEL LICITANTE: **CONSUMIBLES PARA LA SALUD S.A. DE C.V.**

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1140976	FORMATOS ANEXOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DEL LICITANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL FORMATO T20 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1140977	FORMATOS ANEXOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE EQUIPOS NUEVOS NO SERÁ NECESARIO LA PRESENTACIÓN DEL FORMATO T20 Y BASTARÁ CON PRESENTAR UNA CARTA EN LA QUE SE MANIFIESTE QUE SE OFERTARÁN EQUIPOS NUEVOS ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1140980	PUNTO 4.2.11 Y RUBRO A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONVOCATORIA; Y	PUNTO 4.2.11 Y RUBRO A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONVOCATORIA; Y TABLA 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

2026 año de Margarita Maza



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y OBTENCIÓN DE PUNTOS SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EL NÚMERO DE TÉCNICOS SOLICITADOS EN LA TABLA 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
1140981	PUNTO 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.	PUNTO 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21 Y 4.2.22 Y EL PUNTO 16. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TABLA DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES RUBROS 1, 2, 3 Y 4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTOS RUBROS Y OBTENCIÓN DE PUNTOS, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA UNA SOLA VEZ, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO SOLICITADO EN LA TABLA DE PONDERACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**
1140982	PUNTO 4.2.13 Y RUBRO A.3) DOMINIO DE HERRAMIENTAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y OBTENCIÓN DE PUNTOS SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OFERTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**
1140983	PUNTO 4.2.14 Y RUBRO B.1) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA PODER COMPROBAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO EFECTIVAMENTE CUMPLE CON LA PROPORCIÓN DEL 5%, SE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS LA GLOSA, DOCUMENTO OFICIAL (IMSS O INFONAVIT) EN EL QUE SE ESPECIFIQUE LA CANTIDAD DE EMPLEADOS QUE EL LICITANTE CUENTA, PARA QUE SE PUEDA SACAR LA PROPORCIÓN DEL 5% Y VERIFICAR QUE EFECTIVAMENTE SE CUMPLA CON ESTE NIVEL DE PORCENAJE. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

1140984	PUNTO 4.2.17, 4.2.18 Y RUBRO 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL PERIODO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS DE 2016 A 2025 SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA**
1140985	FORMATOS ANEXOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T16, T19, T22 Y T23, SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SOLO SERÁN EXIGIBLES DURANTE EL SERVICIO AL PROVEEDOR ADJUDICADO PUES ESTÁN RELACIONADOS CON EL DÍA A DÍA DEL SERVICIO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**
1140986	FORMATOS ANEXOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL FORMATO T18 UNICAMENTE CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, TODA VEZ QUE YA LOS CURRICULUMS CUENTAN CON LA FIRMA DEL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1140987	FORMATOS ANEXOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DEL LICITANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL FORMATO T20 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1140988	ANEXO TÉCNICO PUNTO 4.3.1.1 Y 4.3.1.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR AL MENOS EL 80% DE LOS EQUIPOS Y BIENES OFERTADOS EL DÍA DE LA APERTURA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**DEBERA OFERTAR EL 100 % DE EQUIPOS Y BIENES, SIN EMBARGO PODRÁ PRESENTAR AL MENOS EL 80% DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADO EL DÍA DE LA APERTURA**
1142454	ANEXOS A LA CONVOCATORIA	LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA COMPARTIR PARA TODOS LOS LICITANTES EN FORMATO EDITABLE LOS ANEXOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO "1_ANEXOS TYC HERI.PDF" CORRESPONDIENTE A LOS ANEXOS T1, T2, T4, T11, SE SOLICITA PARA AGILIZAR LA REALIZACION DE LAS PROPUESTAS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS ANEXOS SERAN ENTREGADOS EN FORMATO EDITABLE**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		TECNICAS Y ECONOMICAS DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE INFORMACION QUE SE COMPARTIO EN FORMATO PDF UNICAMENTE. ¿SE ACEPTA?	
1142455	CONVOCATORIA, ANEXO TECNICO, TERMINOS Y CONDICIONES	CONVOCATORIA, ANEXO TECNICO, TERMINOS Y CONDICIONES DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO II.- Y III.- 6. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO. 6.1 BIENES DE CONSUMO BÁSICO 6.1.1. Y 6.1.2. 6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 6.2.1. Y 6.2.2. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LIBRE VENTA, ASI COMO LOS CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ETC. EN CONCENTRADOS UNICOS DE REGISTROS, CERTIFICADOS Y CATALOGOS, ESTO DEBIDO AL POCO TIEMPO QUE HAY PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS POR LO QUE SERIA IMPOSIBLE EL PRESENTAR LA DOCUMENTACION EN CARPETAS COMO SE SOLICITA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142456	CONVOCATORIA, ANEXO TECNICO, TERMINOS Y CONDICIONES	CONVOCATORIA, ANEXO TECNICO, TERMINOS Y CONDICIONES DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO II.- Y III.- 6. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO. 6.1 BIENES DE CONSUMO BÁSICO 6.1.1. Y 6.1.2. 6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 6.2.1. Y 6.2.2. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LIBRE VENTA, ASI COMO LOS CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ETC. POR FAMILIA, ESTO DEBIDO AL POCO TIEMPO QUE HAY PARA LA ELABORACION DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	
1142457	CONVOCATORIA, ANEXO TECNICO, TERMINOS Y CONDICIONES	CONVOCATORIA, ANEXO TECNICO, TERMINOS Y CONDICIONES DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO II.- Y III.- 6. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO. 6.1 BIENES DE CONSUMO BÁSICO 6.1.1. Y 6.1.2. 6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 6.2.1. Y 6.2.2. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTANOS PERMITA PRESENTAR LAS TRADUCCIONES UNICAMENTE DE LA HOJA(S) DONDE ESPECIFIQUE EL ALCANCE DE LOS CERTIFICADOS. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142458	CONVOCATORIA, ANEXO TECNICO, TERMINOS Y CONDICIONES	CONVOCATORIA, ANEXO TECNICO, TERMINOS Y CONDICIONES DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO II.- Y III.- 6. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO. 6.1 BIENES DE CONSUMO BÁSICO 6.1.1. Y 6.1.2. 6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 6.2.1. Y 6.2.2. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA QUE EN EL CASO DE INSUMOS O ACCESORIOS O EQUIPOS O BIENES DE CONSUMO OPCIONALES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO Y SE AVALE CON EL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." DEL DOF - DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 24/12/2014, ES CORRECTO ENTENDER QUE TAMPOCO CONTARA CON ALGÚN CERTIFICADO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DE CALIDAD, POR LO CUAL ESTOS PUNTOS SE CUBREN CON EL MISMO DOF Y EL NO PRESENTARLO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
1142579	ANEXO T1 Y T4	60.01.1000 CATETER PARA CENTESIS, INCLUYE AGUJA ECOGENICA LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS DE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL OTORGA APOYO UNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDADOS DE LICITACION,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142580	ANEXO T1 Y T4	60.01.1010 SET DE BIOPSA TRANSYUGULAR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS DE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE ES UNICO DE DDM SISTEMA ARGON MEDICAL DEVICES LA CUAL OTORGA APOYO UNICO A LA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDADOS DE LICITACION,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142581	ANEXO T1 Y T4	60.01.1043 SONDA PARA ECO INTRACARDIACO (INCLUYE USO DE EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO) PARA OTROS PROCEDIMIENTOS COMPATIBLES CON EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO. USO ADULTO Y PEDIÁTRICO LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA (SIEMENS) LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142582	ANEXO T1 Y T4	60.01.1050 CATETER ANGIOGRÁFICO TIPO MIKAELSON 5FR. LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATETER ANGIOGRÁFICO TIPO MIKAELSON 5FR O MIK 5 FR TODA VEZ QUE SON LA MISMA CURVA DE CATETER PERO CON UNA ABREVIACION YA QUE EL NOMBRE TIPO MIKAELSON SON UNA MARCA UNICA QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142583	ANEXO T1 Y T4	60.01.1051 CATETER ANGIOGRÁFICO TIPO SHEPHERD HOOK 5FR LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATETER ANGIOGRÁFICO TIPO SHEPHERD HOOK 5FR O SHK1.0 5 FR TODA VEZ QUE SON LA MISMA CURVA DE CATETER PERO CON UNA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ABREVIACION YA QUE EL NOMBRE TIPO MIKAELSON SON UNA MARCA UNICA QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142584	ANEXO T1 Y T4	60.01.1053 CATÉTER DE ATERECTOMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA, DE OCLUSIONES AGUDAS O CRÓNICAS, DIFERENTES DIÁMETROS Y LONG. ES CON GUÍA INCLUIDA DE ROTO ABLACIÓN DE 0.009" Y AVANZADOR CON OLIVA GIRATORIA. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR IGUAL LA CONSOLA ROTAPRO PARA USO DEL DEL CATETER DE ATERECTOMIA INCLUYENDO EN LA PROPUESTA TECNICA CATALOGO, REGISTRO Y CERTIFICADO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142585	ANEXO T1 Y T4	60.01.1060 STENTS PERIFÉRICOS, MONTADO Y DESMONTADO. PARA EXPANDIR ENTRE 8 Y 12 MM Y 14 A 25MM DE DIAM. Y LONG. ENTRE 36 A 50 MM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR STENT PERIFERICO DESMONTADO DIAMETRO DE EXPANSION DE 10 MM, LONGITUD DEL STENT SIN EXPANDIR DE 40 Y 50 MM. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142586	ANEXO T1 Y T4	60.01.806 BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAM. Y LONG. ES DESDE 10 MM A 30 O 40 MM DE LONG. O BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAM. ETRO Y LONG. ES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142587	ANEXO T1 Y T4	60.01.808 BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN DE 30, 40 O 50 CC. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR 30 O 40 O 50 CC., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142588	ANEXO T1 Y T4	60.01.811 BALÓN DE DOBLE LUMEN PARA REMODELING CON LUMEN INDEPENDIENTE PARA LA GUÍA PARA NEURO INTERVENCIONISMO DE DIVERSAS MEDIDAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALÓN PARA NEURO INTERVENCIONISMO DE DIVERSAS MEDIDAS.,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142589	ANEXO T1 Y T4	60.01.817 BALONES PERIFÉRICOS EN DIVERSOS DIÁMETROS Y LONG. ES (2 O 2.5 MM A 10MM DE DIAM. Y 2 O 3 O 18 CM DE LONG.) DE BAJO PERFIL PARA INTRODUCTORES 4 A 9 FR. O BALONES SEMI COMPLACIENTES. CON SISTEMA 0.014 O 0.018 DE 1.5 MM A 4MM DE DIAM. Y DE 40 A 220 MM DE LONG. . LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALONES SEMICOMPLACIENTES DE ULTRABAJO PERFIL DE 0.017, CON DIAMETROS DE 1.50 HASTA 4.00 MM Y LONGITUDES DE 8 A 20 MM. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142590	ANEXO T1 Y T4	60.01.899 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		FRENCH, LONG. 5CM OPCIONAL A 14 CMS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA TERUMO, RADIOFOCUS LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142591	ANEXO T1 Y T4	60.01.886 EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES 5 FR A 8FR DE 150CM DE LONG. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATETER DE ASPIRACION DE TROMBOS PULMONARES POR MEDIO DE ONDAS ULTRASONICAS, MEDIDAS DE 5.4 FR Y LONGITUD DE 106 O 135 CM. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142592	ANEXO T1 Y T4	BCB14 BANDA DE COMPRESIÓN RADIAL 60.01.818 BANDA DE COMPRESIÓN RADIAL. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 07/07/2025 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142593	ANEXO T1 Y T4	60.01.819 BOLSA ESTÉRIL PARA TUBO DE FLUOROSCOPIO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 07/07/2025 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	
1142594	ANEXO T1 Y T4	60.01.822 CAMISAS TRANSEPTALES DIVERSAS CURVAS DE 6 A8.5 FR. DIVERSAS LONG LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CAMISA O INTRODUCTOR TRANSEPTAL 8.5 FR LONGITUDES 60 O 81 CM SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142595	ANEXO T1 Y T4	60.01.823 CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE O ALTA PRESIÓN DE 1.5 MM A 4 U 8 MM DE DIAM. PARA GUIA 0.014"PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS Y DE 20 A 200 MM O 220 MM DE LONG. . USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAR DE VASOS PERIFÉRICOS INFRAPOPLÍTEOS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		SOLA MARCA BARD LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142596	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.824 CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE O ALTA PRESIÓN DE 3MM A 12 MM DE DIAM. PARA GUÍA 0.035"PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS Y DE 20 A 80 O 100 O 120 O 200 MM O 220MM DE LONG. . USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAR DE VASOS PERIFÉRICOS FEMORALES O CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE DE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 Y 12MM DE DIAM. Y DE 20 A 200 MM DE LONG. . LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALON PERIFERICO DE 3 A 12 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 20 100 O 120 MM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142597	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.835 CATÉTER DIAGNOSTICO PARA LA CURVA PIGTAIL O MULTI PROPÓSITO O CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE POLITETRAFLUORETILENO, ALTO FLUJO RECTO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONG. 110 CM CALIBRE 6 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA VASCULAR SOLUTIONS LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		¿SE ACEPTA?	
1142598	ANEXO T1 Y T4	60.01.836 CATÉTER GUÍA TEFLONADO O SEMIHIDROFILICO O HIDROFÍLICO 5 O 6 O 7 U 8 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GUÍA TEFLONADO O SEMIHIDROFILICO O HIDROFÍLICO SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142599	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.837 CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO 5, 6, 7 Y 8 FR. LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GUÍA MULTIPROPOSITO 5 Ó 6 Ó 7 U 8 Ó 9 FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142600	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONG. ES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035",0.014", 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONG. ES, AUTOEXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL). LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035"O 0.014" O 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142601	ANEXO T1 Y T4	60.01.839 CATÉTER PARA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES EN OCT. INTRAVASCULAR O CATÉTER DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO DE TIPO MECÁNICA ROTATORIA DE 60 MHZ, DE ALTA DEFINICIÓN LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE, DRAGONFLY LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142602	ANEXO T1 Y T4	60.01.840 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.20 A 4.0 MM DE DIAM. POR 8 A 30 MM DE LONG. , 130 A 150 CM DE LARGO, CON SISTEMA MONTADO EN GUÍA "OVER THE WIRE". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO, CON SISTEMA MONTADO EN GUÍA "OVER THE WIRE". O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.5 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 6 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142603	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.848 CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 8 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONG. . LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE 4 HASTA 8 FR. Y UN RANGO DE 100 O 125 CMS DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142604	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.858 COILS NEUROVASCULARES DIVERSAS MORFOLOGÍAS, SISTEMA 0.010" O 0.0108" O 0.0115" O 0.0125" O 0.0135" O 0.0145" O 0.020" O COILS CON DIAM. . EXTERNO DE 0.0145 TODA VEZ QUE LO SOLICITADOS DE 0.020 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR COILS NEUROVASCULARES CON LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE CADA CASA COMERCIAL, SE SOLICITA CON	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142605	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 NUMERAL BCB111 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD DE 7 Y 11 CM, CALIBRE. 4, 5, 6, 7 ,8 Y 10 FR. CON GUÍA DE 0.035" LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 5 Ó 10 Ó 11 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 ,8 Y 10 FR. CON GUÍA 0.035" A 0.038"., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142606	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA,0.035"LONG. OPCIONAL DE 150, 260 O 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" O 0.038"" LONGITUD 150CM O 260CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142607	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.867 CUERDA O GUÍA VASCULAR DE 0.018" CON ALMA DE NITINOL, PUNTA SUAVE Y LONG. OPCIONAL DE 60CM O 110 O 150 O 200 O 260 O 300 CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA "GUIA COPE DE COOK MEDICAL" LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142608	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.868 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, RÍGIDA ALTO GRAMAJE 6 A 14 GRAMOS DE 0.014" DE DIAM. O PUNTA CÓNICA DE 1 A 6 GRAMOS Y 180CM O 190CM DE LONG. O CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, EXTRA RÍGIDA DE 0.014" DE DIAM. Y 182 CM DE LONG. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUIRIMIENTO CON UN RANGO EN SU LONGITUD DE 180 HASTA 182 CM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142609	ANEXO T1 Y T4	60.01.869 DISPOSITIVO DE TROMBECTOMÍA PERIFÉRICA FÁRMACO E HIDROMECÁNICA (REOLITICA) CON ASPIRACIÓN. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR LA CONSOLA PARA LAS UNIDADES QUE REQUIERAN EL USO DE ESTE CONUSMIBLE. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142610	ANEXO T1 Y T4	60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ÁCIDO POLIGLICÓLICO O CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCTORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 7FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL, AMPATZER LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142611	ANEXO T1 Y T4	60.01.874 DIVERSOR DE FLUJO PARA ANEURISMAS INTRACRANEALES DE DIVERSOS TAMAÑOS EN CALIBRE Y LONG. ES A ELECCIÓN DEL NEUROINTERVENSIONISTA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA MICROVENTION LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142612	ANEXO T1 Y T4	60.01.875 ECOREALSADOR. O ECO CONTRASTE; SUBSTANCIA QUE SE INYECTA DURANTE UNA ECOCARDIOGRAFÍA REALZA LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS CON LA ECOGRAFÍA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LANTHEUS MEDICAL IMAGING LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142613	ANEXO T1 Y T4	60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR O DE 6 A 8 FR O CATÉTER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSIÓN COAXIAL DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE 6FR, LONG. PROXIMAL DE 120 CM LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATETER GUIA INTERMEDIO DE 0.057", SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142614	ANEXO T1 Y T4	60.01.883 EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15CM O EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15 O 25CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EXTENSIÓN DE PRESIÓN MEDIDA DE ACUERDO A LA MARCA SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE:	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		"PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142615	ANEXO T1 Y T4	60.01.886 EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES 5 FR A 8FR DE 150CM DE LONG. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA VASCULAR SOLUTIONS, EL "PRONTO" LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

1142616	ANEXO T1 Y T4	60.01.887 SISTEMA DE PROTECCIÓN DISTAL (TIPO FILTRO 3-7 MM) O SISTEMA DE PROTECCIÓN DISTAL (TIPO FILTRO 3.5 MM). LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE PROTECCION DISTAL TIPO FILTRO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142617	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.898 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONG. 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO LONG. DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 24 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 24 A 45 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE:	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		"PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142618	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.899 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONG. 5CM OPCIONAL A 14 CMS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 11 O 14 CMS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142619	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		60.01.900 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONG. OPCIONAL DE 10 O 16 O 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038"., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**DEMAS LICITANTES.**
1142620	ANEXO T1 Y T4	60.01.901 INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, LONG. OPCIONAL DE 7 O 10 O 11 O 16 O 25CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 Y 8 CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, 0.018 A 0.025. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE CALIBRES 4 O 5 O 6 O 7 FR LONG. DE 10 CM CON PERFIL	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		BAJO, MINIGUIA DE 0.021" X 45 CM. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142621	ANEXO T1 Y T4	60.01.902 INTRODUCTOR GUÍA LARGO PARA ACCESO FEMORAL Y DISTAL ARTERIAL DE 90 O 100 CMS. 7 U 8 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR GUÍA LARGO PARA ACCESO FEMORAL Y DISTAL ARTERIAL MEDIDAS DE ACUERDO A LA MARCA SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		¿SE ACEPTA?	
1142622	ANEXO T1 Y T4	60.01.906 INTRODUCTOR PEDIÁTRICO 5 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR NTRODUCTOR PEDIÁTRICO MEDIDAS DE ACUERDO A LA MARCA SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142623	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.907 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONG. OPCIONAL DE 10 O 11 O 16 O 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10CM OPCIONAL A 11CM CALIBRE. 6, 7 Y 8 FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142624	ANEXO T1 Y T4	60.01.912 KIT DE PERICARDIOCENTÉSIS. INCLUYE: 1 AGUJA DE 22 G., 1 AGUJA DE 25 G., 1 JERINGA DE 12 MM., 1 JERINGA DE 20 CC., 1 JERINGA DE 60 CC, 1 BISTURÍ Y 1 AGUJA DE 3-0 CURVA CON SUTURA. (PUEDE VARIAR SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE TENGAN LA MISMA FUNCIONALIDAD Y SEAN COMPATIBLES SUS ELEMENTOS). LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR KIT DE PERICARDIOCENTÉSIS SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142625	ANEXO T1 Y T4	60.01.915 LÍQUIDO EMBOLICO A BASE DE ALCOHOL ETILVINÍLICO EVOH COMO POLÍMERO EMBOLIZANTE, DIMETILSULFOXIDO (DMSO) COMO SOLVENTE CON TANTALIO O YODO.	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SI SE DEBERA OFERTAR LA CONSOLA MEZCLADORA/AGITADORA PARA EL USO DEL INSUMO SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142626	ANEXO T1 Y T4	60.01.923 MICRO CATÉTER CORONARIO PARA OCLUSIONES CRÓNICAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA SUPERCROSS DE VASCULAR SOLUTIONS LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142627	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.924 MICRO CATÉTERES CONVENCIONALES PREFORMADOS 2.7 Ó 2.8 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MICROCATETER NEUROVASCULAR DIAMETRO INTERNO DE 0.027" LONGITUD DE TRABAJO DE 150 CM, PUNTA RECTA, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142628	ANEXO T1 Y T4	60.01.927 MICROCATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE DE 1.2 FR, 1.5 FR, 1.8 FR, 2.1FR., COMPATIBLES CON DIMETILSULFOXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE DE 3 A 5 CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MICROCATÉTERES FLUJO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DEPENDIENTE DE 1.2 FR O 1.5 FR O 1.8 FR O 2.1FR., COMPATIBLES CON DIMETILSULFOXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142629	ANEXO T1 Y T4	60.01.930 MICROCATÉTERES PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDO EMBOLIZANTE COMPATIBLES CON DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) DE 0.010 O 0.014 0 0.018 CON PUNTA PREFORMADA: RECTA O EN 45 GRADOS O EN 90 GRADOS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MICROCATÉTERES PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDO EMBOLIZANTE COMPATIBLES CON DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) DE 0.010 O 0.014 0 0.017 CON PUNTA PREFORMADA: RECTA O EN 45 GRADOS O EN 90 GRADOS. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142630	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB149 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 18 MM A 35MM E INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA OCLUSOR CARDIACO PARA EL CIERRE COMUNICACION INTRAVENTRICULAR CIV (VSD) CONSTITUIDO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, DISCO CON UNA MEMBRANA INTERNA, DE DOBLE DISCO UNIDO A UNA CINTURA CILINDRICA, MEDIDAS DE 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 MM, DISPOSITIVO 100% RECUPERABLE Y REPOSICIONABLE. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142631	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.931 MICRO GUÍA DE 0.014", LONG. ES DE 150 , 180 O 182 Y 300 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA ODFERTAR MICROGUIA 0.014 , CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO LONGITUD DE 205 CM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142632	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.933 MICROGUÍAS 0.007" , 0.008" A 0.014"LLEVAR MEDIDAS INTERMEDIAS, CORTAS DE 150 CM O MICROGUÍA HIDROFÍLICA DE 0.07 , 0.08 Y 0.010" POR 150 A 300 CM DE LONG. TOTAL. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MICROGUÍAS 0.007" Ó 0.008" A 0.014"LLEVAR MEDIDAS INTERMEDIAS, CORTAS DE 150 CM O MICROGUÍA HIDROFOLICA DE 0.007 O 0.008" POR 150 O 200 CM DE LONGITUD TOTAL., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		¿SE ACEPTA?	
1142633	ANEXO T1 Y T4	60.01.934 MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIAM. 0.008" LONG. 150 A 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIAM. 0.008" LONG. 150 O 200 O 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142634	ANEXO T1 Y T4	60.01.935 MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIAM. 0.010" LONG. 150 A 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS O MICROGUÍAS HIDROFÍLICAS, DIAM. 0.010" LONG. 150 A 300 CMS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS LONG. A 300 CM DE LONG. TOTAL. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MICROGUIA HIDROFILICA DE 0.010" O 0.016 " POR 200 CM DE LONGITUD TOTAL.	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142635	ANEXO T1 Y T4	60.01.943 PIG TAIL CENTIMETRADO 5 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PIG TAIL CENTIMETRADO SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142636	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACIÓN DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 48MM DE LONG. POR 5.00 MM DE DIAM. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACIÓN DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 8 A 48 MM DE LONG. POR 2.25 A 5.00 MM DE DIÁMETRO LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA CON CUALQUIER TIPO DE REVESTIMIENTO EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO O ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO O EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO., YA QUE LAS DIVERSAS MARCAS MANEJAN CON DIFERENTES RECUBRIMIENTOS, SIENDO UN LIMITANTO EL CUMPLIR CON TODOS LOS TIPOS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	
1142637	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINOCROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS 2.25 MM A 4.0 MM DE DIAMETRO X 13 A 38 MM DE LONGITUD, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142638	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.948 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO. TIPO: PIN-VICE. DESECHABLE O KIT DE VÁLVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VÁLVULA, ROTOR E INSERTOR, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CASO DEL ROTADOR DE CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA BASTARA CON SER INCLUIDO COMO PARTE DE UN KIT PARA EL PROCEDIMIENTO DE ACTP, ESTO YA QUE LO SOLICITADO NO TODAS LAS MARCAS LO COMERCIAN DE MANERA INDIVUAL, POR LO QUE SERIA UN LIMITANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA. ¿ES CORRECTO?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142639	ANEXO T1 Y T4	60.01.949 STENT CORONARIO RECUBIERTO CON PTFE O EPTFE O EXPANDIBLE POR BALON PREMONTADO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA COOK MEDICAL LA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142640	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.957 STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PTFE O EPTFE O STENT PREMONTADO EN BALON CUBIERTO DE PTFE. O STENT AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PET LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LIFETECH LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142641	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONG. ES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035",0.014", 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONG. ES, AUTOEXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL). LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035",0.014", 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES, AUTOEXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TITALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL)., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142642	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.962 STENT NO MEDICADO CORONARIO DIFERENTES DIÁMETROS Y MEDIDAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR STENT CORONARIO DE ALEACION DE PLATINO CROMO, DIAMETROS ENTRE 2.25 A 4.50 MM Y LONGITUDES DE 8 A 32 MM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142643	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.965 STENTS PERIFÉRICOS, DESMONTADO. PARA EXPANDIR ENTRE 8 Y 12 MM Y 14 A 25MM DE DIAM. Y LONG. ENTRE36 A 50 MM. O STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE CON ALEACION DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE, DISEÑO DE ARQUITECTURA DE STENT (PARA CAROTIDA) COMPATIBLE CON CUERDA GUIA 0.035" O 0.014" RADIOPACO Y FLEXIBLE. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PERMITA OFERTAR STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANDIBLE CON ALEACIÓN DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE. DISEÑO DE ARQUITECTURA DE STENT (PARA CAROTIDA) COMPATIBLE CON CUERDA GUIA 0.035" O 0.014" RADIOPACO Y FLEXIBLE, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142644	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.967 STENT PERIFÉRICO RENAL RÁPIDO INTERCAMBIO COMPATIBLE CON SISTEMA 0.014 Y/O 0.018 PREMONTADO EN BALÓN DIVERSOS DIÁMETROS Y LONG. ES. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR STENT PERIFERICO RENAL CON DIAMETROS DE ENRTE 4 A 7 MM Y LONGITUDES EN EL RANGO DE ENTRE 14 A 19 MM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142645	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.970 TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA O ANALIZADOR CON TECNOLOGÍA BASADA EN CUBETA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA O ANALIZADOR CON TECNOLOGIA BASADA EN CUBETA O SISTEMA PARA EL MONITOREO DE TIEMPOS DE COAGULACION CON TECNOLOGIA DE CARTUCHOS, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142646	ANEXO T1 Y T4	60.01.977 CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA CAL 4 A 6 FR., LONG. 65 A 110 CM. TIPO: MPA, PIGTAIL, NIH O RECTO DIVERSAS CURVAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA CAL 4 O 5 O 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: MPA Y PIGTAIL. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142647	ANEXO T1 Y T4	60.01.978 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIAM. Y LONG. ES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIAM. POR 8 A 30 MM DE LONG. , 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA TERUMO LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142648	ANEXO T1 Y T4	60.01.981 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.0, 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 O 6FR., LONG. 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1, 2 Y 3. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5 O 4 O 5 CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142649	ANEXO T1 Y T4	60.01.982 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 O 6FR., LONG. 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3,0, 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1, 2 Y 3. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5 O 4 O 5 CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142650	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.984 GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035 O 0.038 LONG. DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MÉDICO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UNA GUIA HIDROFILICA CON NUCLEO DE NITINOL Y CUBIERTA HIDROFILICA,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142651	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 60.01.985 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIAM. CON 300CM DE LONG. .. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO Y 182CM HASTA 300CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142652	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 NUMERAL BCB1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUDES ENTRE 5 A 7.0 CM, CALIBRES ENTRE 18 G A 21 G PARA GUÍA DE MEDIDAS ENTRE 0.035" A 0.038", SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142653	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB100 GUÍA HIDROFÍLICA CORTA (150CM DE LONGITUD, 0.035 A 0.038, LLEVAR TODAS LAS MEDIDAS A ELECCIÓN DEL	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		NEUROINTERVENSIONISTA). LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA GUIA HIDROFILICA CON NUCLEO DE NITINOL Y CUBIERTA HIDROFILICA, PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142654	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB105 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 A 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.035". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, CON LONGITUD OPCIONAL EN EL RANGO DE 10 Ó 11 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.035"., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142655	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB106 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 5CM Y 14CM CALIBRE 4, 5, 6, 7 U BFR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 5CM O 11 O 14CM CALIBRE 4, 5, 6, 7 U 8FR, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142656	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB107 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 10 A 25 CM CALIBRE. DE 5 A 12 FR A ELEGIR	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 11 O 25 CM CALIBRE. DE 5 A 8 FR A ELEGIR, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142657	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB108 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 11 O 14CM CALIBRE. 4 O 5 O 6 O 7 U 8FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142658	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB109 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 11 O 25 CM CALIBRE. 14 FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142659	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 NUMERAL BCB111 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 5 Ó 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 ,8 Y 10 FR. CON GUÍA 0.014" A 0.038". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD DE 7 O 11 CM, CALIBRE. 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 10 FR. CON GUÍA DE 0.035"., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142660	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 NUMERAL "BCB112" INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM.CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 11 O 25 CM CALIBRE. 4 O 5 O 6 O 7 U 8FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142661	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 NUMERAL BCB113 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 11 O 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 O 14FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142662	ANEXO T1 Y T4	BCB114 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA TERUMO LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142663	ANEXO T1 Y T4	BCB115 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032"CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE CALIBRES 4 O 5 O 6 O 7 FR LONG. DE 10 CM CON PERFIL BAJO, MINIGUIA DE 0.021" X 45 CM. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142664	ANEXO T1 Y T4	BCB12 BALONES PERIFÉRICOS EN DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUDES (4MM A 25MM DE DIÁMETRO Y 2 A 6 CM DE LONGITUD) DE BAJO PERFIL PARA INTRODUCTORES 4 A 9FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALONES PERIFÉRICOS EN DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUDES (ENTRE 14MM A 25MM DE DIÁMETRO Y ENTRE 4 A 6 CM DE LONGITUD) PARA INTRODUCTORES DE ENTRE 8 A 12 FR. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142665	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 NUMERAL BCB121 INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.038" LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038", SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142666	ANEXO T1 Y T4	BCB122 INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD. 7 A 11 CM CALIBRE. 4, 5, 6 . CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, 0.018 A 0.025 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE CALIBRES 4 O 5 O 6 O 7 FR LONG. DE 10 CM CON PERFIL BAJO, MINIGUIA DE 0.021" X 45 CM. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142667	ANEXO T1 Y T4	BCB123 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038", DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142668	ANEXO T1 Y T4	BCB124 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 8, 7 A 9.4 CM,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142669	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 NUMERAL BCB125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 O 26 CC. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 26 O 30 ATM. Y 20 O 26 CC. , SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142670	ANEXO T1 Y T4	BCB127 JERINGAS DE PLÁSTICO PARA INSUFLAR EL GLOBO DEL CATÉTER DE DILATACIÓN DE ARTERIAS CORONARIAS PARA MANTENER Y MEDIR LA PRESIÓN, CON CAPACIDAD DE 20 A 30 CC. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES 20 O 26ATM. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142671	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB13 BALONES PERIFÉRICOS PEDIÁTRICOS DIFERENTES MEDIDAS DE BAJO PERFIL COMPATIBLES CON INTRODUCTORES DE 4 A 11 FR. (4MM A 25 MM DE DIÁMETRO POR 2, 3, 4 Y 6 CM). LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALONES DE 4 A 25 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 2 A 6 CM DE LONGITUD CON BAJO PERFIL. BAJA Y ALTA PRESION, TODA VEZ QUE NO TODOS LOS DIAMETROS SOLICITADOS CUMPLEN CON LA COMPATIBILIDAD DE 4 FR NI LOS DIAMETROS DE 2, 3,4 6 CM EXACTAMENTE, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142672	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB131 KIT DE MONTAJE Y DISPOSITIVO DE ENTREGA DE VÁLVULA AORTICA DE 20 Ó 21 Ó 23 A 34 MM INCLUYE: "VÁLVULA, SISTEMA DE MONTAJE, Y SISTEMA DE LIBERACIÓN" Ó "SISTEMA DE LIBERACIÓN CON VÁLVULA PREMONTADA" Ó "SISTEMA DE LIBERACIÓN CON BALÓN" LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142673	ANEXO T1 Y T4	BCB133 LLAVES HEMOSTÁTICAS EN "Y". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR LLAVES HEMOSTÁTICAS EN "Y".(PUEDE ESTAR INCLUIDO EN UN KIT) SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142674	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB136 MICRO GUÍA DE 0.014" , LONGITUD DE 150 Ó 200 Ó 250 Ó 300 CM CON RECUBRIMIENTO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		HIDROFÍLICO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA ODFERTAR MICROGUIA 0.014 , CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO LONGITUD DE 205 CM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142675	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB138 MICROCATÉTERES PERIFÉRICOS PARA EMBOLIZACIÓN CON COILS CON UNA Y DOBLE MARCA DISTAL LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTA MICROCATETER PERIFERICO PUNTA RECTA O BERN, LONGITUD USABLE DE 130 O 155 CM, CAL. 2.7/2.4 FR , SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142676	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB14 BANDA DE COMPRESIÓN RADIAL LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 07/07/2025 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142677	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB140 MICROGUÍAS 0.014" CORTAS O MICROGUÍAS 0.014" INTERCAMBIO DE 150 Ó 205 Ó 300 CM A ELECCIÓN DEL NEUROINTERVENSIONISTA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MICROGUIA 0.014, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO LONGITUD DE 205 CM, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142678	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB148 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA. CALIBRE 7 A 12 FR. LONGITUD 60 A 80 CM. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4MM A 40MM E INTERMEDIAS COM PATIBLE CON DISPOSITIVO OFERTADO, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		¿SE ACEPTA?	
1142679	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB149 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 18 MM A 35MM E INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142680	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB150 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR, DE MALLA DE NITINOL, Y/O TRATAMIENTO CERAMICO, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4 MM A 24MM E INCLUYE: SISTEMA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LIBERADOR A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142681	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB152 SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO, Y/O CON TRATAMIENTO CERAMICO, CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN DE 7 A 14FR. DIÁMETROS DE DIVERSOS DIÁMETROS INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142682	ANEXO T1 Y T4	BCB154 STENTS PERIFÉRICOS, MONTADO O DESMONTADO. PARA EXPANDIR ENTRE 8 Y 12 MM Y 14 A 25MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 36 Ó 40 A 50 MM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR STENT PERIFERICO DESMONTADO DIAMETRO DE EXPANSION DE 10 MM Y LONGITUD DEL STENT SIN EXPANDIR DE 40 O 50 MM. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142683	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUÍA DE 0.035" A 0.038"., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142684	ANEXO T1 Y T4	BCB20 CATÉTER MULTIPROPÓSITO DE 4 A 6 FR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE.	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER MULTIPROPÓSITO DE 4 A 6 FR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142685	ANEXO T1 Y T4	BCB31 CATÉTER DIAGNÓSTICO HIDROFÍLICO JB2, JB1, H1, H2, VERTEBRAL, SIMONS, 4FR, 5FR Y 6FR. A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142686	ANEXO T1 Y T4	BCB32 CATÉTER DIAGNÓSTICO HIDROFÍLICO JB2, JB1, H1, H2, VERTEBRAL, SIMMONS S1, S2, 4FR, 5FR Y 6FR. LLEVAR TODAS LAS MEDIDAS A ELECCIÓN DEL NEUROINTERVENSIONISTA. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1,JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142687	ANEXO T1 Y T4	BCB35 CATÉTER DIAGNÓSTICO TEFLONADO Ó SEMIHIDROFILICO Ó HIDROFÍLICO JB2, JB1, H1, H2, VERTEBRAL, SIMMONS1, Ó 2, 4FR, 5FR Y 6FR. O CATÉTERES	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 1100 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142688	ANEXO T1 Y T4	BCB36 CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO DIFERENTES CALIBRES 5FR, 6FR, 7FR Y 8FR. LONGITUD DE 100 A 110 CM LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO DIFERENTES CALIBRES 6FR O 7FR O 8FR. LONGITUD DE 100 O 110 CM. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142689	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB37 CATÉTER GUÍA NEUROLÓGICO 5FR,6FR, 7FR U 8FR. O "CATÉTER SOPORTE INTRACRANEAL 5 O 6 FR LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL CAL. 5 Y 6 FR, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 115, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142690	ANEXO T1 Y T4	BCB4 AGUJA TRANSEPTAL LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142691	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB42 CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Y 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VISCERAL, SIMMONS, MAMARIA, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR, LONGITUD 100 A 110 CM., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE:	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		"PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142692	ANEXO T1 Y T4	BCB43 CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 4 Y 5 FR., LONGITUD 100 A 110 CM O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142693	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB44 CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA CAL 4 A 6 FR., LONGITUD 65 Ó 100 Ó 110 CM. TIPO: MPA, PIGTAIL Ó NIH O RECTO DIVERSAS CURVAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES DIAGNOSTICO CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE 5 A 6 FR. CURVA NIH O MULTIPROPÓSITO O PIGTAIL., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142694	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 4 MM DE DIÁMETRO POR 30 MM DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LONGITUD, 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142695	ANEXO T1 Y T4	BCB49 CATÉTER PIGTAIL 5 A 6 FR. CENTRIMETRADO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PIGTAIL 5 O 6 FR. CENTRIMETRADO. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142696	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB52 CATÉTERES ANGIOGRÁFICO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		NIH O MULTIPROPÓSITO CALIBRE, 5F Y 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR OFERTAR CATÉTERES ANGIOGRÁFICO MULTIPROPÓSITO CALIBRE, 5F Y 6F DE 100 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142697	ANEXO T1 Y T4	BCB55 CATÉTERES GUÍA PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, DENTRO DEL RANGO DE 5 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: JUDKINS ASA DE 3.0, 3.5, 4.0 Y 5.0 MM AMPLATZ, MP, EXTRA BACKUP. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES GUÍA PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, DENTRO DEL RANGO DE 6 A 8FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: JUDKINS ASA DE 3.0 O 3.5 O 4.0 O 5.0 MM AMPLATZ O MP. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142698	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB61 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 6FR., LONGITUD 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5 O 4 O 5, AMPLATZ 1 O 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

1142699	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB62 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5 O 4 O 5, AMPLATZ 1 O 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142700	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB68 CUERDA GUÍA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATÉTER CON PUNTA EN "J" Y/O "RECTA" DE 1.5 MM A 3 MM, DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 150 A 260 CM DE ALTO SOPORTE. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA CUERDA GUÍA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATÉTER CON PUNTA EN "J" Y/O "RECTA" DE 1.5 MM A 3 MM, DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 145 A	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		260 CM DE ALTO SOPORTE, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142701	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB7 BALÓN PARA OCLUSIÓN. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA BALON CODA DE COOK MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142702	ANEXO T1 Y T4	BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD DENTRO DE 150 O260 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142703	ANEXO T1 Y T4	BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MÉDICO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD DENTRO DE 150 O 260 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142704	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB76 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO CON PUNTA RECTA O ANGULADA DE 0.035 A 0.038", LONGITUD 150-260 CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR GUIA HIDROFILICA CON NUCLEO DE NITINOL Y CUBIERTA HIDROFILICA, PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142705	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB77 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO CON PUNTA RECTA O ANGULADA DE 0.035", LONGITUD 150-260 CM. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UNA GUIA HIDROFILICA CON NUCLEO DE NITINOL Y CUBIERTA HIDROFILICA, PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142706	ANEXO T1 Y T4	BCB80 CUERDA GUÍA ESPECIAL PARA IMPLANTE DE VÁLVULA AORTICA DE ALTO SOPORTE DE DIÁMETRO DE 0.035" Y OPCIONAL LONGITUD DE 260CM Ó 275 Ó 300CM CON CURVA PREFROMADA EN DIFERENTES TAMAÑOS LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA ESPECIAL PARA IMPLANTE DE VÁLVULA AORTICA DE ALTO SOPORTE DE DIÁMETRO DE 0.035" Y OPCIONAL LONGITUD DE 260CM Ó 300CM SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142707	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB81 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA CON NUCLEO DE NITINOL 0.018 A 0.035 DE 150 CM Y 260 CM DE LONGITUD. O GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UNA GUIA HIDROFILICA CON NUCLEO DE NITINOL Y CUBIERTA HIDROFILICA, PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	
1142708	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 NUMERAL BCB84 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO, 182 O 300 CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142709	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 NUMERAL BCB85 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. Ó CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.018" Ó 0.035" Ó 0.038" LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO, 182 O 300 CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142710	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB9 BALONES PERIFÉRICOS DIFERENTES MEDIDAS DE BAJO PERFIL COMPATIBLES CON INTRODUCTORES DE 4 A 11 FR. (4MM A 25 MM DE DIÁMETRO POR 2, 3, 4 Y 6 CM) Ó BALÓN PERIFÉRICO DESDE 17MM A 25MM DE LONGITUD X 40MM DE DIÁMETRO DE AL MENOS 130CM DE SHAFT DE 6 A 10 FR LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BALONES DE 4 A 25 MM DE DIAMETRO Y	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LONGITUDES DE 2 A 6 CM DE LONGITUD CON BAJO PERFIL. BAJA Y ALTA PRESION, TODA VEZ QUE NO TODOS LOS DIAMETROS SOLICITADOS CUMPLEN CON LA COMPATIBILIDAD DE 4 FR NI LOS DIAMETROS DE 2,3,4 6 CM EXACTAMENTE., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142711	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB90 DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y/O TRATAMIENTO CERÁMICO (ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO DE DIVERSAS MEDIDAS) PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE DE DIVERSOS TAMAÑOS CON DISCO DE RETENCIÓN, INCLUYE SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE CON DISPOSITIVO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL, LOS AMPLATZER LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142712	ANEXO T1 Y T4	ANEXO T4 BCB92 ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR ENDOCARDICO CON BALÓN EN LA PUNTA. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142713	ANEXO T1 Y T4	BCB94 ENDOPRÓTESIS PARA ANEURISMA AORTO ABDOMINAL CON SUS ACCESORIOS PARA LA COLOCACIÓN. CUERPO PRINCIPAL BI O TRIMODULAR Y CONTRALATERAL EN DIVERSAS MEDIDAS. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA COOK MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142714	ANEXO T2	ANEXO T2 NO.10 EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT).INTRAVASCULAR LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
1142715	ANEXO T2	ANEXO T2 NO.19 CONSOLA DE CONTRAPULSACION LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA ST JUDE MEDICAL LA CUAL OTORGA APOYOS UNICOS GENERANDO CANDADOS DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	

NOMBRE DEL LICITANTE: **DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO S.A. DE C.V.**

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1143185	PROCEDIMIENTO Y CARÁCTER Y MEDIO DE LA LICITACION	ES CORRECTO ENTENDER QUE AL NO CONSTITUIR UNA ADQUISICIÓN DE BIENES, SINO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL CONFORMADO POR EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y BIENES DE CONSUMO COMPATIBLES CON EL EQUIPO MÉDICO Y ENTRE SI, LOS CUALES NO PASAN A SER PROPIEDAD DEL IMSS, LOS BIENES NO ESTÁN SUJETOS A LOS TRATADOS, POR LO QUE EL ORIGEN DE LOS MISMOS PODRÁN PROVENIR DE PAISES NO SOCIOS Y UNICAMENTE SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES ACREDITEN SU NACIONALIDAD YA SEA MEXICANA O DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO TENGA CELEBRADO UN TLC CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**
1143186	TODOS LOS ESCRITOS, FORMATOS Y ANEXOS.	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE NO SER APLICABLE A NUESTRA REPRESENTADA ALGÚN REQUISITO O FORMATO, NOS PERMITA PRESENTAR EL ESCRITO CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**SI SE ACEPTA**
1143187	TODOS LOS ESCRITOS, FORMATOS Y ANEXOS.	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE TODOS LOS ESCRITOS, ANEXOS, FORMATOS QUE CORRESPONDAN A ESTA LICITACIÓN SEAN FECHADOS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CON EL DÍA 1 DE JULIO DE 2026 YA QUE CORRESPONDE AL DÍA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y QUE EN CASO DE QUE LA APERTURA SE LLEGARA A DIFERIR, NO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO TENER ESTA FECHA EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, ¿SE ACEPTA?	
1143188	TODOS LOS REQUERIMIENTOS, ESCRITOS, FORMATOS Y ANEXOS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE SOLICITEN EN MÁS DE UNA OCASIÓN EN LA CONVOCATORIA Y LOS PARAMETROS DE COMPRAS MX, SE DARAN POR SOLVENTADOS AL SER PRESENTADOS EN UNA SOLA OCASIÓN EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX A FIN DE NO DUPLICAR DOCUMENTACIÓN Y REDUCIR EL TAMAÑO DE NUESTRA PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UN CAUSAL DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	**SI SE ACEPTA, SIN EMBARGO DEBERA REFERENCIARLOS ADECUADAMENTE LOS PUNTOS O PARAMETROS DE LA CONVOCATORIA PARA LOS QUE ES PRESENTA DICHA DOCUMENTACIÓN**
1143189	INCISO 3 CONVOCATORIA REQ QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES PARTICIPEN EN LA LICITAC	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL FOLEADO DE LA PROPUESTA SERÁ DE FORMA INDEPENDIENTE, ES DECIR, LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA. , ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**
1143190	JUNTA DE ACLARACIONES.	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE DIFIERA, SE OTORGUE UNA PRÓRROGA PROPORCIONAL PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, CON EL FIN DE CONTAR CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA INTEGRAR CORRECTAMENTE NUESTRAS PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**SI SE ACEPTA, SI SE LLEGÁ A DIFERIR O PROLONGAR EL PERIODO DE JUNTA DE ACLARACIONES, SE OTORGARÁ EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE ENTRE LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARAC IONES Y LA APERTURA DE PROPUESTAS**
1143191	ANEXO NÚMERO 9 (ONCE) FORMATO DE FIANZA PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI EL ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE), FORMATO DE FIANZA PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, Y EL NO PRESENTARLO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, ¿ES	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
1143192	ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) MODELO DE CONTRATO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI EL ANEXO NÚMERO 11 (ONCE), EL MODELO DEL CONTRATO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, Y EL NO PRESENTARLO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**
1143193	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO IMSS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2 (DOS), NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS CON UNA FECHA DE EMISIÓN DE POR LO MENOS 2 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPUESTA, YA QUE ESTE DOCUMENTO CUENTA CON VIGENCIA SOLO EN EL DÍA DE EMISIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**PODRÁ PRESENTAR LAS OPINIONES VIGENTES DEL IMSS HASTA CON 5 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA APERTURA DE PROPUESTAS Y LAS OPINIONES DEL SAT E INFONAVIT PODRÁ PRESENTARLAS MIENTRAS ESTÁS SE ENCUENTREN VIGENTES INDEPENDIENTEMENTE SI TIENEN 15 DÍAS O MÁS DE H**
1143194	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO INFONAVIT	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 2 (DOS), NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES PATRONALES EMITIDA POR EL INFONAVIT CON FECHA DEL MES EN CURSO A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPUESTA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**PODRÁ PRESENTAR LAS OPINIONES VIGENTES DEL IMSS HASTA CON 5 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA APERTURA DE PROPUESTAS Y LAS OPINIONES DEL SAT E INFONAVIT PODRÁ PRESENTARLAS MIENTRAS ESTÁS SE ENCUENTREN VIGENTES INDEPENDIENTEMENTE SI TIENEN 15 DÍAS O MÁS DE H**
1143195	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO SAT	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 2 (DOS), NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT CON FECHA DEL MES EN CURSO A LA	**PODRÁ PRESENTAR LAS OPINIONES VIGENTES DEL IMSS HASTA CON 5 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA APERTURA DE PROPUESTAS Y LAS OPINIONES DEL SAT E INFONAVIT PODRÁ PRESENTARLAS MIENTRAS ESTÁS SE ENCUENTREN VIGENTES INDEPENDIENTEMENTE SI TIENEN 15 DÍAS O MÁS DE H**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPUESTA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
1143196	ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ) FORMATO QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR ERROR INVOLUNTARIO, SE IDENTIFICÓ EN EL TITULO DEL REFERIDO ANEXO EL LITERAL "H" EN LUGAR DEL LITERAL "G", SIENDO ESTE ÚLTIMO EL CORRECTO Y QUE COINCIDE EN SU CONTENIDO CON LO SOLICITADO , ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES**
1143197	ANEXO NUMERO 12 DOCE FORMATO PARA LA MANIFESTAC QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MIPYME	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO NUMERO 12 (DOCE) CON LA LEYENDA DE NO APLICA, Y ADICIONAL PRESENTAR ESCRITO LIBRE INDICANDO LA ESTRATIFICACIÓN DE MI REPRESENTADA, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRÁ PRESENTAR EL ANEXO 12(DOCE) CON LA LEYENDA NO APLICA**
1143198	ESPACIOS DE CARGA COMPRAS MX	CON RESPECTO A LA CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX, SE OBSERVA QUE ALGUNOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES (COMO EL ANEXO 2, ANEXO 5, EL ESCRITO DE FACULTADES, ENTRE OTROS FORMATOS O MANIFESTACIONES) PODRÍAN NO CONTAR CON UNA PESTAÑA DE CARGA EXCLUSIVA. POR LO QUE, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE TODOS AQUELLOS ANEXOS, ESCRITOS O FORMATOS QUE CAREZCAN DE UN ESPACIO DESIGNADO EN EL SISTEMA, PUEDAN SER INTEGRADOS Y CARGADOS DE FORMA ORDENADA EN EL PRIMER ESPACIO DE CARGA DISPONIBLE "ACREDITAMIENTO". ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143199	FORMATOS AT HERI	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS PARA REPORTES DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAM PARA HERI: T1,T2,T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12,T13, T14, T16,	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		T19, T22, T23, SON FORMATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SERÁ PRESENTADOS POR EL CITANTE ADJUDICADO, POR LO QUE NO SERÁ NECESARIO INCLUIRLOS DENTRO DE LA PROPUESTA SIN QUE SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
1143200	TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES UNICAMENTE POR EL ANVERSO, YA QUE EL REVERSO CONTIENEN LA LEYENDA "SIN TEXTO" Y AUMENTA DE FORMA INNECESARIA EL PESO DE LOS ARCHIVOS, POR LO QUE SU OMISIÓN NO AFECTA A LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LO ANTERIOR PARA FACILITAR LA CARGA DE LA INFORMACION COMO SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 47, EL CUAL MENCIONA: "LAS CONDICIONES QUE TENGAN COMO PROPÓSITO FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y AGILIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO CUYO INCUMPLIMIENTO, POR SÍ MISMO, O DEFICIENCIA EN SU CONTENIDO NO AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN, Y SE TENDRÁN POR NO ESTABLECIDAS. LA INOBSERVANCIA POR PARTE DE LOS LICITANTES RESPECTO A DICHAS CONDICIONES O REQUISITOS NO SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR SUS PROPOSICIONES", ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143201	TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN UN SOLO REGISTRO SANITARIO TODOS AQUELLOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITEN EN EL MISMO DOCUMENTO, CON EL FIN DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		MÍNIMIZAR EL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS Y NO DUPLICAR LOS DOCUMENTOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
1143202	TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN SOLO ARCHIVO CON EL CONGLOMERADO DE TODOS LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE COMPRAS MX NO PERMITE LA CARGA DE CARPETAS EN SU PLATAFORMA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143203	TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS INSUMOS DE BAJO RIESGO Y QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, NOS PERMITA PRESENTAR EL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, BASTANDO CON PRESENTAR CARÁTULA Y LAS PÁGINAS EN DONDE SE MENCIONA LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143204	4.2.3 TÉRMINOS Y CONDICIONES –CATÁLOGOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN UN SOLO CATÁLOGO TODOS AQUELLOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITEN EN EL MISMO DOCUMENTO, CON EL FIN DE MÍNIMIZAR EL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS Y NO DUPLICAR LOS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DOCUMENTOS , ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
1143205	4.2.3 TÉRMINOS Y CONDICIONES –CATÁLOGOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN SOLO ARCHIVO CON EL CONGLOMERADO DE TODOS LOS CATÁLOGOS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE COMPRAS MX NO PERMITE LA CARGA DE CARPETAS EN SU PLATAFORMA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143206	4.2.4 TÉRMINOS Y CONDICIONES – CERTIFICADOS DE CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN UN SOLO CERTIFICADO DE CALIDAD TODOS AQUELLOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITEN EN EL MISMO DOCUMENTO, CON EL FIN DE MÍNIMIZAR EL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS Y NO DUPLICAR LOS DOCUMENTOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143207	4.2.4 TÉRMINOS Y CONDICIONES – CERTIFICADOS DE CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN SOLO ARCHIVO CON EL CONGLOMERADO DE TODOS LOS CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE COMPRAS MX NO PERMITE LA CARGA DE CARPETAS EN SU PLATAFORMA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143208	4.2.7 TERMINOS Y CONDICIONES – FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS. FORMATO T-20	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR EQUIPO NUEVO, NOS PERMITA PRESENTAR EL FORMATO T-20 CON LA LEYENDA NO APLICA, Y PRESENTAR EL ESCRITO EN FORMATO LIBRE, EN EL QUE SE MANIFIESTE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SON NUEVOS, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

1143209	4.2.11 CURRICULUM INDIVIDUALIZADO DEL PERSONAL PROPUESTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NÚMERO DE TÉCNICOS QUE SE DEBEN DE CONSIDERAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. FAVOR DE ACLARAR	**DEBERÁ PROPORCIONAR EL NÚMERO DE TECNICOS Y SUPERVISORES SOLICITADOS EN EL PUNTO 8, TABLA 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO**
1143210	4.2.11 CURRICULUM INDIVIDUALIZADO DEL PERSONAL PROPUESTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NÚMERO DE SUPERVISORES QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. FAVOR DE ACLARAR	**DEBERÁ PROPORCIONAR EL NÚMERO DE TECNICOS Y SUPERVISORES SOLICITADOS EN EL PUNTO 8, TABLA 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO**
1143211	TÉRMINOS Y CONDICIONES, 4.2.12 COPIA DE CÉDULA Y/O TÍTULO DEL PERSONAL PROPUESTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ACREDITAR COMO TÉCNICOS A PERSONAL DE LAS CARRERAS: ENFERMERÍA, NGENIERÍA BIOMÉDICA O INGENIERÍA BIÓNICA, CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS, CARTA PASANTE, TÍTULO O COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y/O TÍTULO PROFESIONAL O EN SU CASO CONSTANCIA DE AVANCE DEL 75% AL 100% DE CRÉDITOS. ¿SE ACEPTA?"	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES CON RESPECTO A LAS CARRERAS SOLICITADAS, SIN EMBARGO EL PERSONAL PROPUESTO DEBERÁ CONTAR CON TITULO O CEDULA PROFESIONAL**
1143212	TÉRMINOS Y CONDICIONES, 4.2.12 COPIA DE CÉDULA Y/O TÍTULO DEL PERSONAL PROPUESTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO Y PODER ALCANZAR EL MÁXIMO DE PUNTOS ATRIBUIBLES A ESTE REQUISITO, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (CERTIFICADO DE ESTUDIOS, CARTA DE PASANTE,CÉDULA PROFESIONAL Y/O TÍTULO PROFESIONAL, ETC.) POR EL NÚMERO DE TÉCNICOS Y SUPERVISORES INDICADOS POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA, Y EL PRESENTAR UNA MAYOR NÚMERO DE PERSONAL NO OTORGARÁ PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, BASTARÁ CON PRESENTAR EL NÚMERO DE TÉCNICOS Y SUPERVISORES SOLICITADOS EN EL PUNTO 8 TABLA 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO, SIN EMBARGO DEBERÁ PRESENTAAR EL TITULO CEDULA PROFESIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO**
1143213	TÉRMINOS Y CONDICIONES, 4.2.12 COPIA DE CÉDULA Y/O TÍTULO DEL PERSONAL PROPUESTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE, EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES PRESENTEN EL MÁXIMO NÚMERO DE DOCUMENTOS, CONFORME A LA RESPUESTA A	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRÁN LA MISMA PUNTUACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
1143214	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTE.	ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, LA CANTIDAD DE AÑOS MÁXIMOS A COMPROBAR DEBERÁ SER DE 5 AÑOS Y EL PRESENTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE AÑOS DE EXPERIENCIA, NO OTORGARÁ MAYOR PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**
1143215	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTE.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES CUMPLAN CON EL MÁXIMO NÚMERO DE AÑOS CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRAN LA MISMA PUNTUACIÓN.	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**
1143216	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.18 ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.	ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, LA CANTIDAD DE CONTRATOS MÁXIMO A COMPROBAR DEBERÁ SER DE 5 CONTRATOS Y EL PRESENTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE ESTOS, NO OTORGARÁ MAYOR PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**DEBERA DEMOSTRAR QUE CUENTA CON 5 AÑOS DE ESPECIALIDAD EN UN PERIODO DE 10 AÑOS**
1143217	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.18 ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES CUMPLAN CON EL MAXIMO NÚMERO DE CONTRATOS CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRAN LA MISMA PUNTUACIÓN.	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SI AMBOS LICITANTES LOGRAN DEMOSTRAR QUE CUMPLEN CON EL MÁXIMO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PARAMETROS, AMBOS OBTENDRÁN LA MISMA PUNTUACIÓN**
1143218	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.22 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR HABER PRESTADO LOS SERVICIOS DE MANERA SATISFACTORIA Y QUE ESTOS ESTEN RELACIONADOS A LOS SOLICITADOS EN LOS RUBROS EXPERIENCIA DEL LICITANTE Y ESPECIALIDAD DE LICITANTE, LA CANTIDAD	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SI LOS LICITANTES LOGRAN DEMOSTRAR QUE CUMPLEN CON EL MÁXIMO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PARAMETROS, SE LE OTORGARÁ LA MÁXIMA PUNTUACIÓN**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		MÁXIMA DE NÚMERO DE CARTAS SATISFACCIÓN Y/O CANCELACIONES DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y/O ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y/O FACTURAS Y REMISIONES DE LOS CONTRATOS, SERÁ DE 5 CARTAS Y EL PRESENTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE DOCUMENTOS NO OTORGARÁ MAYOR PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
1143219	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.22 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES CUMPLAN CON EL MAXIMO NÚMERO DE CARTAS DE CUMPLIMIENTO, SATISFACCION, Y/O LIBERACIONES DE FIANZAS CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRAN LA MISMA PUNTUACIÓN. FAVOR DE ACLARAR	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SI AMBOS LICITANTES LOGRAN DEMOSTRAR QUE CUMPLEN CON EL MÁXIMO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PARAMETROS, AMBOS OBTENDRÁN LA MISMA PUNTUACIÓN**
1143220	ESPACIO DE CARGA COMPRAS MX.	EN RELACIÓN CON LOS "ESPACIOS DE CARGA EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX" PARA LA SECCIÓN TÉCNICA, SE OBSERVA QUE ÚNICAMENTE SE CUENTA CON UN ESPACIO DESIGNADO. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA NATURALEZA DEL SERVICIO MÉDICO SOLICITADO, EL CUAL REQUIERE LA INTEGRACIÓN DE UN VOLUMEN CONSIDERABLE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (TALES COMO REGISTROS SANITARIOS VIGENTES, CATÁLOGOS DE LOS BIENES, CERTIFICADOS DE CALIDAD, ANEXOS TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE SUELE SER DE GRAN PESO DIGITAL), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE HABILITAR ESPACIOS DE CARGA ADICIONALES PARA FACILITAR LA CORRECTA FRAGMENTACIÓN Y ENVÍO DE LOS ARCHIVOS. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LA SATURACIÓN DEL SISTEMA Y GARANTIZAR LA RECEPCIÓN ÍNTEGRA DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA RESPETABLE SOLICITUD?	
1143221	3.3 PROPUESTA TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA, ANEXO NÚMERO 3 (TRES)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA BASADOS EN EL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE CONFIRMAR.	**LOS LICITANTES DEBERAN FORMULAR SUS PROPUESTAS CON LO SOLICITADO EN LOS ANEXO NÚMERO 3 (TRES) Y ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO), ASI COMO LO INDICADO EN EL ANEXO TECNICO Y LOS TERMINOS Y CONDICIONES**
1143222	ANEXO NÚMERO 3, BCB1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 3.8 CM A 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.035" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143223	ANEXO NÚMERO 3, BCB2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 3.8 CM A 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.035" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143224	ANEXO NÚMERO 3, BCB109	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 A 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11 FR. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143225	ANEXO NÚMERO 3, BCB115	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021" Ó 0.025" CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO,TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143226	ANEXO NÚMERO 3,BCB113	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		OFERTAR INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO POR TECNICA PERCUTANEA LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25 CM CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11 FR ¿SE ACEPTA?	
1143227	ANEXO NÚMERO 3 BCB108	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCÚTANEA, LONGITUD DE 5CM A 10 CM, CALIBRE DE 4 A 8 FR. ¿ SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143228	ANEXO NÚMERO 3, BCB47 Y 60.01.978	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SE OFERTA UN CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMI COMPLACIENTE CON IDAMETRO MINIMO DE 1.0-1.2 MM Y DIAMETRO MAXIMO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO CON LONGITUD DE MÍNIMA DE 5-10 MM Y LONGITUD MÁXIMA HASTA 30 MM, Y DE 130 A 145 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO, ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1143229	ANEXO NÚMERO 3, BCB13	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BALONES PERIFÉRICOS DIFERENTES MEDIDAS DE BAJO PERFIL COMPATIBLES CON INTRODUCTORES DE 5 A 11 FR. (3 MM A 32 MM DE DIÁMETRO POR 2, 3, 4 Y 6 CM). ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1143230	ANEXO NÚMERO 3, BCB 79	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA DE ALTO SOPORTE DE .035" X 260 A 300 CM ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143231	ANEXO NÚMERO 3, BCB 31	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DIAGNÓSTICO HIDROFÍLICO JB2, JB1, H1, H2, VERTEBRAL, SIMONS, 4FR Y 5FR. A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA. YA QUE SOLO EXISTEN EN EL MERCADO ESTOS CALIBRE PARA LAS CURVAS REQUERIDAS ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143232	ANEXO NÚMERO 3, BCB 136	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		OFERTAR MICROGUÍA DE 0.014" LONGITUD DE 150 Ó 200 Ó 205 Ó 250 Ó 300 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO ¿SE ACEPTA?	
1143233	ANEXO NÚMERO 3, BCB 137 Y BCB138	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA EL PROCEDIMIENTO 60.01.025 EN RELACIÓN A LOS BCB137 Y BCB138 SOLO DEBERÁ UTILIZARSE UNO DE LOS DOS BCB DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA, EVITANDO ASÍ EL SOBRECOSTEO DEL PROCEDIMIENTO. FAVOR DE CONFIRMAR.	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1143234	ANEXO NÚMERO 3 BCB137	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL BCB137 NO FORMARÁ PARTE DEL PROCEDIMIENTO 60.01.025 YA QUE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN NO CONCUERDA CON EL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO, ADICIONAL QUE EL PROCEDIMIENTO CUENTA YA CON EL BCB138 EL CUAL CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA SU USO. FAVOR DE CONFIRMAR.	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1143235	ANEXO NÚMERO 3 BCB 49	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PIGTAIL 5 FR CENTRIMENTRADO ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143236	ANEXO NÚMERO 3 BCB 88	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUIA ALTO SOPORTE Y EXTRA SOPORTE 0.035" X 300 CM ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143237	ANEXO NÚMERO 3 BCB 107	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIA O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD DE 1 0A 25 CM CALIBRE DE 4 A11 FR A ELEGIR ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143238	ANEXO NÚMERO 3 BCB 9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BALONES PERIFÉRICOS DIFERENTES MEDIDAS DE BAJO PERFIL COMPATIBLES CON INTRODUCTORES DE 5 A 11 FR.	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		(3 MM A 32 MM DE DIÁMETRO POR 2, 3, 4 Y 6 CM). ¿SE ACEPTA?	
1143239	ANEXO NÚMERO 3 BCB 140	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MICROGUÍAS 0.014" CORTAS O MICROGUÍAS 0.014" INTERCAMBIO DE 150 Ó 200 Ó 205 Ó 300 CM A ELECCIÓN DEL NEUROINTERVENSIONISTA. OPCIONAL PUNTA 0.012"¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143240	ANEXO NÚMERO 3 BCB 105	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 A 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11 FR. CON GUÍA VASCULAR, COMPATIBILIDAD CON GUÍA DE 0.035"A 0.038". ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143241	ANEXO NÚMERO 3 BCB 114	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 A 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. CON GUÍA VASCULAR, COMPATIBILIDAD CON GUÍA DE 0.021" A 0.038". ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143242	ANEXO NÚMERO 3 BCB 136	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MICROGUÍA DE 0.014" LONGITUD DE 150 Ó 200 Ó 205 Ó 250 Ó 300 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143243	ANEXO NÚMERO 3 BCB65	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE REDUZCA DE 3 A 1 LA CANTIDAD MÁXIMA DE ESTE BCB, YA QUE NO EN TODOS LOS CASOS SE UTILIZAN 3 COILS, ENCARECIENDO EL PROCEDIMIENTO DE MANERA INNECESARIA. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1143244	ANEXO NÚMERO 3 BCB84	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RIGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE 0.014" DE DIAMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 Ó 190 CM A 300CM DE LONGITUD. ¿SE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ACEPTA?	
1143245	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.1066	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CATETER DE ATERECTOMIA PERIFERICA ROTACIONAL O DIRECCIONAL COMPATIBLE CON GUIA 0.014" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143246	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.807	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR BALÓN CORONARIO CON ATEROTOMOS O PROTUBERANCIAS INDICADO PARA REESTENOSIS O LESIONES CALCIFICADAS DIÁMETROS DE 2.5 A 4.0 MM LONGITUDES DE 8, 12 ,16 MM. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143247	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.814	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BALÓN PERIFÉRICO INFRA POPLÍTEO COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.014", LONGITUD MAXCIM DE 200 A 220 MM, EN DIFERENTES DIÁMETROS. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143248	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.822	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAMISAS TRANSEPTALES DIVERSAS CURVAS DE 8.5 FR. DIVERSAS LONG ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143249	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.838	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR GUÍA LARGO O CATETER GUIA CON CURVA RENAL O RDC O RDC2 POR SUS SIGLAS EN INGLES ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143250	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.840	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PALABRA "OVER THE WIRE" YA QUE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1143251	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.840	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.10 A 4.5 MM DE DIÁMETRO POR 5 A 20 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO, CON SISTEMA MONTADO EN GUÍA "OVER THE WIRE" Ó SISTEMA RX, YA QUE EL SISTEMA "OVER THE WIRE" PERETENECE A UNA SOLA CASA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	
1143252	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.848	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN CATETER DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DE DISTINTAS CURVAS DE 4 A 6 FR Y LONGITUD DE 100 CM, YA QUE ESTOS SON LOS DIAMETROS COMERICALES Y NO EXISTEN EN 8 FR, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143253	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.863	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA CUERDA GUÍA 0.018 Ó 0.014" PUNTA RECTA CON ALTO GRAMAJE. ES PARA INDICACION PERIFERICA, FAVOR DE CONFIRMAR	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143254	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.863	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR GUIA 0.014" O 0.018 CON PUNTA FLOPPY, ESTANDAR O INTERMEDIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143255	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.869	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, UN CATÉTER ROTACIONAL PARA MACERACIÓN DE TROMBO Ó UN SISTEMA PARA ASPIRACION MECANICA MANUAL, CON INTRODUCTOR Y CANULA ANGULADA CON EMBUDO AUTOEXPANDIBLE EN SU PUNTA DISTAL CON MANERAL INCLUIDO SIN EQUIPO CAPITAL, AMBOS DISPOSITIVOS INDICADOS PARA TROMBECTOMÍAS PERIFÉRICAS ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143256	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.899	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 10 CMS. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1143257	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.900	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PEMRITA OFERTAR INTRPDUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL POR TÉCNICA PERCUTPANEA DE 4 A 8 FR LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25 CM, CON GUÍA VASCULAR DE 0.021, 0.025" Y 0.035" ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

1143258	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.901	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PEMRITA OFERTAR: INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 7 A 25CM CALIBRE. 4, 5, 6 . CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO Ó SEMIHIDROFÍLICO, 0.021 A 0.025. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143259	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.931	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UNA MICRO GUÍA DE 0.014", LONGITUDES DE 150 Ó 180 Ó 182 O 205 CM Ó 300 CM, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO,CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143260	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.944	SE SOLICITA AMABLEMENTE, A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO UNA CUARTA ALTERNATIVA PLATAFORMA DE CROMO COBALTO Y REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS, GARANTIZANDO QUE SE OFERTARAN AL MENOS 3 PLATAFORMAS, SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143261	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.944	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR PARA EL BIEN 60.01.944 PLARAFORMAN DE STENT MEDICADO CON POLÍMERO Ó BIOPOLÍMERO DURABLE-FAVOR DE CONFIRMAR.	**NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION**
1143262	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.944	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PLATAFORMA EVEROLIMUS EN CROMO PLATINO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE Y YA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU COMERCIALIZACIÓN. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1143263	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.965	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR STENT PERIFERICO DESMONTADO, FABRICADO EN CROMO-	**NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		COBALTO PARA EXPANDIR ENTRE 8-12 MM Y 14-25 MM. LONGITUD DE 35 57 MM. ¿SE ACEPTA?	
1143264	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.972	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JERINGA DE MICROESFERAS EMBOLIZANTES CALIBRADAS A BASE DE TRISACRILATO Y GELATINA PORCINA. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION**
1143265	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.978	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE DE DIAMETRO MINIMO DE 1.0 A 1.2 MM Y HASTA 4.5 MM DE DIAMETRO MAXIMO Y LONGITUDES MINIMAS DE 5 A 10 MM Y HASTA 30 MM MAXIMO Y DE 130 A 155 CM DE LARGO, SISTEMA DE RAPIDO INTERCAMBIO ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION**
1143266	ANEXO NÚMERO 3 BCC 60.01.1053	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER DE ATERECTOMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA, DE OCLUSIONES AGUDAS O CRÓNICAS, DIFERENTES DIÁMETROS Y LONG. ES CON GUÍA INCLUIDA DE ROTO ABLACIÓN DE 0.009" Y AVANZADOR CON OLIVA GIRATORIA Ó CATÉTER BALÓN PARA LITROTISIA INDICADO PARA EL ROMPIMIENTO DE PLACA POR MEDIO DE ULTRASONIDO, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION**
1143267	EQUIPO 10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES VASCULARES POR MEDIO DE ULTRASONIDO INTRAVASCULAR DE ALTA DEFINICIÓN COMPATIBLE CON EL BCC 60.01.839 ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE**
1143268	EQUIPO 15	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LA MEDICIÓN Y/Ó CALCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL COMPATIBLE CON LA GUIA 0.014" O	**NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		MICROCATETER OFERTADO EN EL BIEN DE CONSUMO 60.01.894 ¿SE ACEPTA?	
1143269	EQUIPO 18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CONSOLA DE ROTOABLACION Ó CONSOLA PARA LITROTISIA. COMPATIBLE CON CATETERES OFERTADOS EN EL BIEN 60.01.1053 ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE**

NOMBRE DEL LICITANTE: **JUAMA S.A. DE C.V.**

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1139362	ANEXO TECNICO	SE ENTIENDE QUE EN LA PARTIDA 85 UN KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN Y SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE, SE SOLICITAN CONSUMIBLES DE UN SOLO USO. EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA DICHA PARTIDA FUERON DETERMINADAS CON BASE EN EL NÚMERO DE PACIENTES A ATENDER O SI CORRESPONDEN A UNA CANTIDAD FIJA INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE ESTUDIOS O PROCEDIMIENTOS A REALIZAR.	**FAVOR DE APEGARSE LAS CANTIDADES SOLICITADAS**
1139363	ANEXO TECNICO	EN CASO DE QUE LAS CANTIDADES REQUERIDAS EN LA PRESENTE PARTIDA ESTÉN EXPRESADAS EN NÚMERO DE PACIENTES A ATENDER, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SERÁ ACEPTABLE OFERTAR LA EQUIVALENCIA CORRESPONDIENTE CONSIDERANDO QUE EL CONSUMIBLE OFERTADO ES DE TIPO MULTIPACIENTE Y TIENE CAPACIDAD PARA ATENDER HASTA CINCO (5) PACIENTES POR UNIDAD, MANTENIENDO EN TODO MOMENTO LA COBERTURA TOTAL DE PACIENTES SOLICITADA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	**NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION**
1139680	ANEXO TECNICO	CON RESPECTO A LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO 1, REQUERIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, PARA LA PARTIDA 85 UN KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN Y SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE, SE HACE NOTAR A LA CONVOCANTE QUE ALGUNOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DE FLUJO VARIABLE DE ÚLTIMA GENERACIÓN UTILIZAN CONSUMIBLES MULTIPACIENTE, LOS CUALES, PUEDEN SER UTILIZADOS HASTA PARA 5	**NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PACIENTES. CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA EQUITATIVA Y CONGRUENTE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN 'KIT MULTIPACIENTE' PARA EL USO CONTINUO DE HASTA 5 PACIENTES ¿SE ACEPTA?	

NOMBRE DEL LICITANTE: **MEDICAL LIFE SUPPLY, S.A. DE C.V.**

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1141867	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB2", DONDE SE SOLICITA: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION PARA ESTOS INSUMOS: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUÍA DE 0.038", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141868	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB71", DONDE SE SOLICITA:CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD DENTRO DEL RANGO DE 150 Y 260 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141869	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB61", DONDE SE SOLICITA: CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS." ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
1141870	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB62", DONDE SE SOLICITA: CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141871	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB115", DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032"CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR: INTRODUCTOR RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE CALIBRES 4, 5, 6 Y 7 FR LONG. DE 10 CM CON PERFIL BAJO, MINIGUIA DE 0.021" X 45 CM. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141872	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB73", DONDE SE SOLICITA: CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MÉDICO. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		NOS PERMITA OFERTAR: CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD DENTRO DE 150 Y 260 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE., ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
1141873	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB63", DONDE SE SOLICITA: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA PARA TÉCNICA RADIAL ASA DE 3, 3.5, 4 Y 5, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS Y CURVAS PREFORMADAS ESPECIALES PARA RADIAL CATÉTER BILATERAL TIPO TIG Ó ULTIMATE Ó TRAPEASE., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA PARA TÉCNICA RADIAL. TIPO: RADIAL Y/O KIMNY DE 100 CM, CALIBRE 5 Y 6 FR" ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141874	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB47", DONDE SE SOLICITA: CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO)., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR: CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO., ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141875	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB84", DONDE SE SOLICITA: CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		NOS PERMITA ENTREGAR "CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 182 CM DE LONGITUD.", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	
1141876	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB82", DONDE SE SOLICITA: CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O ANGULADA.", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141877	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB55", DONDE SE SOLICITA: CATÉTERES GUÍA PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, DENTRO DEL RANGO DE 5 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: JUDKINS ASA DE 3.0, 3.5, 4.0 Y 5.0 MM AMPLATZ, MP, EXTRA BACKUP. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATÉTERES GUÍA PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, DENTRO DEL RANGO DE 6 A 8FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: JUDKINS ASA DE 3.0, 3.5, 4.0 Y 5.0 MM AMPLATZ O MP O VODA". ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141878	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB125", DONDE SE SOLICITA: JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 O 26 CC. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES 26ATM, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141879	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB108", DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		8FR., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LONGITUD DE 11 CM PARA ESTOS INSUMOS. ¿SE ACEPTA?	
1141880	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB44", DONDE SE SOLICITA: CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA CAL 4 A 6 FR., LONGITUD 65 Ó 100 Ó 110 CM. TIPO: MPA, PIGTAIL Ó NIH O RECTO DIVERSAS CURVAS., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CATÉTERES DIAGNOSTICO 5 Y 6 FR. CURVA NIH O MULTIPROPÓSITO O PIGTAIL." ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141881	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB12", DONDE SE SOLICITA: BALONES PERIFÉRICOS EN DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUDES (4MM A 25MM DE DIÁMETRO Y 2 A 6 CM DE LONGITUD) DE BAJO PERFIL PARA INTRODUCTORES 4 A 9FR. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BALONES PERIFÉRICOS EN DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUDES (14MM A 25MM DE DIÁMETRO Y 4 A 6 CM DE LONGITUD) PARA INTRODUCTORES DE 8 A 12 FR. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141882	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB127", DONDE SE SOLICITA: JERINGAS DE PLÁSTICO PARA INSUFLAR EL GLOBO DEL CATÉTER DE DILATACIÓN DE ARTERIAS CORONARIAS PARA MANTENER Y MEDIR LA PRESIÓN, CON CAPACIDAD DE 20 A 30 CC. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES 26ATM. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141883	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB81, DONDE SE SOLICITA: CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA CON NUCLEO DE NITINOL 0.018 A 0.035 DE 150 CM Y 260 CM DE LONGITUD. O GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	
1141884	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB154", DONDE SE SOLICITA: STENTS PERIFÉRICOS, MONTADO O DESMONTADO. PARA EXPANDIR ENTRE 8 Y 12 MM Y 14 A 25MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 36 Ó 40 A 50 MM., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "STENT PERIFERICO DESMONTADO DIAMETRO DE EXPANSION DE 10 MM Y LONGITUD DEL STENT SIN EXPANDIR DE 40 Y 50 MM.", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141885	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB1", DONDE SE SOLICITA: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO: "AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G O 21 G PARA GUÍA DE 0.038"., ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141886	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB90" , DONDE SE SOLICITA: DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y/O TRATAMIENTO CERÁMICO (ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO DE DIVERSAS MEDIDAS) PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE DE DIVERSOS TAMAÑOS CON DISCO DE RETENCIÓN, INCLUYE SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE CON DISPOSITIVO. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO O FOLLETO, YA QUE AL SER UN INSUMO UNICO DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL SOLO DA APOYO A UN LICITANTE, EL CONSEGUIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEL INSUMO SE CONVIERTE EN UN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA DE REFERENCIAR UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES**
1141887	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB52" ,	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DONDE SE SOLICITA: CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH O MULTIPROPÓSITO CALIBRE, 5F Y 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO: CATÉTERES ANGIOGRÁFICO MULTIPROPÓSITO CALIBRE, 5F Y 6F DE 100 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141888	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB152" , DONDE SE SOLICITA: SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO, Y/O CON TRATAMIENTO CERAMICO, CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN DE 7 A 14FR. DIÁMETROS DE DIVERSOS DIÁMETROS INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO: SISTEMA OCLUSOR CARDIACO PARA EL CIERRE COMUNICACION INTRAAURICULAR CIA (ASD) CONSTITUIDO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, DISCO CON UNA MEMBRANA INTERNA, DE DOBLE DISCO UNIDO A UNA CINTURA CILINDRICA, MEDIDAS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40 MM, DISPOSITIVO 100% RECUPERABLE Y REPOSICIONABLE. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141889	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB148" , DONDE SE SOLICITA: SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA. CALIBRE 7 A 12 FR. LONGITUD 60 A 80 CM. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4MM A 40MM E INTERMEDIAS COM PATIBLE CON DISPOSITIVO OFERTADO, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO: SISTEMA OCLUSOR CARDIACO PARA EL CIERRE COMUNICACION INTRAAURICULAR CIA (ASD) CONSTITUIDO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, DISCO CON UNA MEMBRANA INTERNA, DE DOBLE DISCO UNIDO A UNA CINTURA CILINDRICA, MEDIDAS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40 MM, DISPOSITIVO 100% RECUPERABLE Y REPOSICIONABLE. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
1141890	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB150" , DONDE SE SOLICITA: SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR, DE MALLA DE NITINOL, Y/O TRATAMIENTO CERAMICO, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4 MM A 24MM E INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO: SISTEMA OCLUSOR CARDIACO PARA EL CIERRE COMUNICACION INTRAVENTRICULAR CIV (VSD) CONSTITUIDO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, DISCO CON UNA MEMBRANA INTERNA, DE DOBLE DISCO UNIDO A UNA CINTURA CILINDRICA, MEDIDAS DE 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 MM, DISPOSITIVO 100% RECUPERABLE Y REPOSICIONABLE. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141891	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB149" , DONDE SE SOLICITA: SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 18 MM A 35MM E	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO: SISTEMA OCLUSOR CARDIACO PARA EL CIERRE COMUNICACION INTRAAURICULAR CIA (ASD) CONSTITUIDO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, DISCO CON UNA MEMBRANA INTERNA, DE DOBLE DISCO UNIDO A UNA CINTURA CILINDRICA, MEDIDAS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40 MM, DISPOSITIVO 100% RECUPERABLE Y REPOSICIONABLE Ó SISTEMA OCLUSOR CARDIACO PARA EL CIERRE COMUNICACION INTRAVENTRICULAR CIV (VSD) CONSTITUIDO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, DISCO CON UNA MEMBRANA INTERNA, DE DOBLE DISCO UNIDO A UNA CINTURA CILINDRICA, MEDIDAS DE 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 MM, DISPOSITIVO 100% RECUPERABLE Y REPOSICIONABLE. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
1141892	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB113" DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD DE 11 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR.", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141893	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB68" DONDE SE SOLICITA: CUERDA GUÍA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATÉTER CON PUNTA EN "J" Y/O "RECTA" DE 1.5 MM A 3 MM, DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 150 A 260 CM DE ALTO SOPORTE. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CUERDA GUÍA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

2026 año de Margarita Maza



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CATÉTER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM Y/O "RECTA", DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 145 A 260 CM DE ALTO SOPORTE.", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	
1141894	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB53" DONDE SE SOLICITA: CATÉTERES BIOTOMO (O PINZA DE BIOPSIA MIOCÁRDICA PARA ACCESO FEMORAL O YUGULAR) PARA BIOPSIA MIOCÁRDICA, DESECHABLE, LONGITUD DE 45 Ó 50CM Ó 98 Ó 120 CM CALIBRE. 3 A 8FR. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATÉTERES BIOTOMO PARA BIOPSIA MIOCÁRDICA, DESECHABLE, LONGITUD 50 Y 104 CM CALIBRE.5.5FR.", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141895	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB20" DONDE SE SOLICITA: CATÉTER MULTIPROPÓSITO DE 4 A 6 FR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE.. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATÉTER MULTIPROPÓSITO DE 5 A 6 FR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE.", TODA VEZ QUE LAS MEDIDAS DE 4 FR SOLO LAS MANEJAN CIERTAS MARCAS COMERCIALES, Y LAS MEDIDAS DE 5 Y 6 FR SON EL ESTANDAR EN MEDIDAS PARA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141896	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB7" , DONDE SE SOLICITA: BALÓN PARA OCLUSIÓN. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO O FOLLETO, YA QUE AL SER UN INSUMO UNICO DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL, LA CUAL SOLO DA APOYO A UN LICITANTE, EL CONSEGUIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEL INSUMO SE CONVIERTE EN UN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA DE REFERENCIAR UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES**
1141897	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB43", DONDE SE SOLICITA: CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 4 Y 5 FR., LONGITUD 100 A 110 CM O CATÉTERES	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. ", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
1141898	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB31", DONDE SE SOLICITA: CATÉTER DIAGNÓSTICO HIDROFÍLICO JB2, JB1, H1, H2, VERTEBRAL, SIMONS, 4FR, 5FR Y 6FR. A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. ", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141899	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB136", DONDE SE SOLICITA: MICRO GUÍA DE 0.014" , LONGITUD DE 150 Ó 200 Ó 250 Ó 300 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MICRO GUÍA DE 0.014" , LONGITUD DE 205 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141900	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB107", DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 10 A 25 CM CALIBRE. DE 5 A 12 FR A ELEGIR, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL , LONGITUD DE 11 Y 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. COMPATIBLE CON GUIA DE 0.038". . ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141901	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB9", DONDE SE SOLICITA: BALONES PERIFÉRICOS DIFERENTES MEDIDAS DE BAJO PERFIL COMPATIBLES CON INTRODUCTORES	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DE 4 A 11 FR. (4MM A 25 MM DE DIÁMETRO POR 2, 3, 4 Y 6 CM) Ó BALÓN PERIFÉRICO DESDE 17MM A 25MM DE LONGITUD X 40MM DE DIÁMETRO DE AL MENOS 130CM DE SHAFT DE 6 A 10 FR, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BALONES PERIFÉRICOS EN DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUDES (14MM A 25MM DE DIÁMETRO Y 4 A 6 CM DE LONGITUD) PARA INTRODUCTORES DE 8 A 12 FR. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	
1141902	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB112", DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL , LONGITUD DE 11 Y 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. COMPATIBLE CON GUIA DE 0.038".", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141903	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB42", DONDE SE SOLICITA: CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Y 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR.", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141904	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB106", DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 5CM Y 14CM CALIBRE 4, 5, 6, 7 U BFR., LE REQUERIMOS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 5CM O 11 O 14CM CALIBRE 4, 5, 6, 7 U 8FR.", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	
1141905	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB32", DONDE SE SOLICITA: CATÉTER DIAGNÓSTICO HIDROFÍLICO JB2, JB1, H1,H2, VERTEBRAL, SIMMONS S1, S2, 4FR, 5FR Y 6FR. LLEVAR TODAS LAS MEDIDAS A ELECCIÓN DEL NEUROINTERVENSIONISTA. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. ", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141906	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB105" DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 A 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.035". LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD DE 11 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR." ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141907	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB35" DONDE SE SOLICITA: CATÉTER DIAGNÓSTICO TEFLONADO Ó SEMIHIDROFILICO Ó HIDROFÍLICO JB2, JB1, H1, H2, VERTEBRAL, SIMMONS1, Ó 2, 4FR, 5FR Y 6FR. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 1100 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. LE REQUERIMOS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. " ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
1141908	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB35" DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 11 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. CON GUÍA VASCULAR 0.035" O 0.038"." ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141909	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB21" DONDE SE SOLICITA: CATÉTER ANGIOGRÁFICO. DIFERENTES CURVAS SEGUN LO SOLICITADO POR EL MÉDICO. CAL 4 A 6 FR., LONGITUD EN EL RANGO DE 65 A 110 CM. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. " ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141910	ANEXO T4	NUMERAL DEL INSUMO "BCB136", DONDE SE SOLICITA: MICRO GUÍA DE 0.014" , LONGITUD DE 150 Ó 200 Ó 250 Ó 300 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MICRO GUÍA DE 0.014" , LONGITUD DE 205 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141911	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: "60.01.806", DONDE SE SOLICITA: BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAM. Y LONG. ES DESDE 10 MM A 30 O 40 MM DE LONG. O BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAM. ETRO Y LONG. ES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	
1141912	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.817, DONDE SE SOLICITA: BALONES PERIFÉRICOS EN DIVERSOS DIÁMETROS Y LONG. ES (2 O 2.5 MM A 10MM DE DIAM. Y 2 O 3 O 18 CM DE LONG.) DE BAJO PERFIL PARA INTRODUCTORES 4 A 9 FR. O BALONES SEMI COMPLACIENTES. CON SISTEMA 0.014 O 0.018 DE 1.5 MM A 4MM DE DIAM. Y DE 40 A 220 MM DE LONG. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BALONES SEMICOMPLACIENTES DE ULTRABAJO PERFIL DE 0.017, CON DIAMETROS DE 1.50 A 4.00 MM Y LONGITUDES DE 8, 12, 15 Y 20 MM., ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141913	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.839, DONDE SE SOLICITA: CATÉTER PARA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES EN OCT. INTRAVASCULAR Ó CATÉTER DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO DE TIPO MECÁNICA ROTATORIA DE 60 MHZ, DE ALTA DEFINICIÓN, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO O FOLLETO, YA QUE AL SER UN INSUMO UNICO DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL SOLO DA APOYO A UN LICITANTE, EL CONSEGUIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEL INSUMO SE CONVIERTE EN UN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA DE REFERENCIAR UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES**
1141914	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.848, DONDE SE SOLICITA: CATÉTERES DIAGNOSTICO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 8 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONGITUD., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATETERES DIAGNOSTICOS DE DIFERENTES ASAS CALIBRES DE 5 Y 6 FR LONGITUDES DE 100 O 110 CM." TODA VEZ QUE LAS MEDIDAS DE 4 FR SOLO LAS MANEJAN CIERTAS MARCAS COMERCIALES, Y LAS MEDIDAS DE 5 Y 6 FR SON EL ESTANDAR EN MEDIDAS PARA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	
1141915	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.867, DONDE SE SOLICITA: CUERDA O GUÍA VASCULAR DE 0.018" CON ALMA DE NITINOL, PUNTA SUAVE Y LONG. OPCIONAL DE 60CM O 110 O 150 O 200 O 260 O 300 CM. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO O FOLLETO, YA QUE AL SER UN INSUMO UNICO DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL SOLO DA APOYO A UN LICITANTE, EL CONSEGUIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEL INSUMO SE CONVIERTE EN UN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA DE REFERENCIAR UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES**
1141916	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.875, DONDE SE SOLICITA:ECOREALSADOR. O ECO CONTRASTE; SUBSTANCIA QUE SE INYECTA DURANTE UNA ECOCARDIOGRAFÍA REALZA LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS CON LA ECOGRAFÍA. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO O FOLLETO, YA QUE AL SER UN INSUMO UNICO DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL SOLO DA APOYO A UN LICITANTE, EL CONSEGUIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEL INSUMO SE CONVIERTE EN UN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA DE REFERENCIAR UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES**
1141917	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.886, DONDE SE SOLICITA: EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES 5 FR A 8FR DE 150CM DE LONGITUD., LE REQUERIMOS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETER DE ASPIRACION DE TROMBOS PULMONARES POR MEDIO DE ONDAS ULTRASONICAS, MEDIDAS DE 5.4 FR Y LONGITUD DE 106 O 135 CM., ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
1141918	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.887, DONDE SE SOLICITA: SISTEMA DE PROTECCIÓN DISTAL (TIPO FILTRO 3-7 MM) O SISTEMA DE PROTECCIÓN DISTAL (TIPO FILTRO 3.5 MM)., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE PROTECCION DISTAL (FILTRO DE 3.5-5.5 MM)., ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141919	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.898, DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONG. 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO LONG. DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 24 A 45 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141920	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.899, DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONG. 5CM OPCIONAL A 14 CMS. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD DE 5, 10 U 11 CM. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141921	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		COMPLEMENTARIOS: 60.01.900, DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONG. OPCIONAL DE 10 O 16 O 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 11 O 25 CM, CALIBRE 5, 6, 7 Y 8 FR. CALIBRE 0.035" O 0.038", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141922	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.901, DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, LONG. OPCIONAL DE 7 O 10 O 11 O 16 O 25CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 Y 8 CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, 0.018 A 0.025. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUCTOR RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE CALIBRES 4, 5, 6 Y 7 FR LONG. DE 10 CM CON PERFIL BAJO, MINIGUIA DE 0.021" X 45 CM. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141923	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.912, DONDE SE SOLICITA: KIT DE PERICARDIOCENTÉSIS. INCLUYE: 1 AGUJA DE 22 G., 1 AGUJA DE 25 G., 1 JERINGA DE 12 MM., 1 JERINGA DE 20 CC., 1 JERINGA DE 60 CC, 1 BISTURÍ Y 1 AGUJA DE 3-0 CURVA CON SUTURA. (PUEDE VARIAR SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE TENGAN LA MISMA FUNCIONALIDAD Y SEAN COMPATIBLES SUS ELEMENTOS). LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: KIT DE PERICARDIOCENTESIS. INCLUYE: DILATADOR, CATETER RECTO O PIGTAIL DE 8.3 FR, GUIA CON PUNTA EN J DE 0.35" X 80 CM, 4 ESPONJAS, LLAVE DE PASO DE 3 VIAS, CLIP ALLIGATOR ESTERIL, BISTURI #11 CON MANGO, SUTURA DE SEDA, APLICADOR DE PREP, JERINGAS CON LUER LOCK DE 10 CC Y 20CC, AGUJA CON DRENAJE DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		18 G Y BOLSA DE DRENAJE DE 1000CC., ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
1141924	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.923, DONDE SE SOLICITA: MICRO CATÉTER CORONARIO PARA OCLUSIONES CRÓNICAS.,LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO O FOLLETO, YA QUE AL SER UN INSUMO UNICO DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL SOLO DA APOYO A UN LICITANTE, EL CONSEGUIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEL INSUMO SE CONVIERTE EN UN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA DE REFERENCIAR UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES**
1141925	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.927, DONDE SE SOLICITA: MICROCATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE DE 1.2 FR, 1.5 FR, 1.8 FR, 2.1FR., COMPATIBLES CON DIMETILSULFOXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE DE 3 A 5 CM., LE REQUERIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MICROCATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE DE 1.5 FR. , COMPATIBLES CON DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141926	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 60.01.930, DONDE SE SOLICITA: MICROCATÉTERES PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDO EMBOLIZANTE COMPATIBLES CON DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) DE 0.010 O 0.014 0 0.018 CON PUNTA PREFORMADA: RECTA O EN 45 GRADOS O EN 90 GRADOS., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MICROCATÉTERES PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDO EMBOLIZANTE COMPATIBLES CON DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) DE 0.017" CON PUNTA PREFORMADA: RECTA O EN 45 GRADOS O EN 90 GRADOS. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141927	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.931, DONDE SE SOLICITA: MICRO GUÍA DE 0.014", LONGITUDES DE 150 Ó 180 Ó 182 Ó 300	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MICRO GUÍA DE 0.014" , LONGITUD DE 205 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	
1141928	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.934, DONDE SE SOLICITA: MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIÁMETRO 0.008" LONGITUD 150 A 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MICROGUIA HIDROFILICA DE 0.008 " POR 200 CM DE LONGITUD TOTAL", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141929	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.935, DONDE SE SOLICITA: MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIAM. 0.010" LONG. 150 A 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS O MICROGUÍAS HIDROFÍLICAS, DIAM. 0.010" LONG. 150 A 300 CMS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS LONG. A 300 CM DE LONG. TOTAL., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MICROGUIA HIDROFILICA DE 0.016 " POR 200 CM DE LONGITUD TOTAL, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141930	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.938, DONDE SE SOLICITA: MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIAM. 0.018" LONG. 150 A 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS O MICROGUIA HIDROFILICA DE 0.016 " POR 300 CM DE LONG. TOTAL., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIÁMETRO 0.018" LONGITUD 150 A 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS O MICROGUIA HIDROFILICA DE 0.016 " POR 200 CM DE LONGITUD TOTAL, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
1141931	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.944, DONDE SE SOLICITA: PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACIÓN DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 48MM DE LONG. POR 5.00 MM DE DIAM. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACIÓN DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 8 A 48 MM DE LONG. POR 2.25 A 5.00 MM DE DIÁMETRO, LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE LA TECNOLOGIA EVEROLIMUS EN PLATINO-CROMO, TODA VEZ QUE EL FABRICANTE YA DESCONTINUO ESTE INSUMO Y EN SU LUGAR NOS PERMITA OFERTAR LIBERADOR DE SIROLIMUS EN CROMO COBALTO, DE ESTA MANERA SE TENDRIA UN ESPECTRO MAS AMPLIO Y SERA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES PRESENTAR TODAS LAS PLATAFORMAS DENTRO DE SU PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141932	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.962, DONDE SE SOLICITA: STENT NO MEDICADO DIFERENTES DIÁMETROS Y MEDIDAS., LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE INSUMO DEL REQUERIMIENTO, TODA VEZ QUE EL FABRICANTE YA DESCONTINUO ESTE INSUMO Y POR LO TANTO SOLICITARLO SERIA CONSIDERADO UN CANDADO DE LICITACION QUE NINGUN PARTICIPANTE PODRA CUMPLIR. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA ELIMINAR ESTE INSUMO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.**
1141933	ANEXO T4	BIENES DE CONSUNO COMPLEMENTARIOS 60.01.965, DONDE SE SOLICITA: STENTS PERIFÉRICOS, DESMONTADO. PARA EXPANDIR ENTRE 8 Y 12 MM Y 14 A 25MM DE DIAM. Y LONG. ENTRE36 A 50 MM. O STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE CON ALEACION DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE, DISEÑO DE ARQUITECTURA DE STENT (PARA CAROTIDA) COMPATIBLE CON CUERDA GUIA 0.035" O 0.014" RADIOPACO Y FLEXIBLE., LE REQUERIMOS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO: " STENT PERIFERICO DESMONTADO DIAMETRO DE EXPANSION DE 10 MM Y LONGITUD DEL STENT SIN EXPANDIR DE 40 Y 50 MM." ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	
1141934	ANEXO T4	BIENES DE CONSUNO COMPLEMENTARIOS 60.01.977, DONDE SE SOLICITA: CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA CAL 4 A 6 FR., LONG. 65 A 110 CM. TIPO: MPA, PIGTAIL, NIH O RECTO DIVERSAS CURVAS. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO: CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA CAL 5 O 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: MPA Y PIGTAIL. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141935	ANEXO T4	BIENES DE CONSUNO COMPLEMENTARIOS 60.01.981, DONDE SE SOLICITA: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.0, 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 O 6FR., LONG. 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1, 2 Y 3. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE INSUMO: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141936	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.982, DONDE SE SOLICITA: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS.", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	
1141937	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 60.01.1000, DONDE SE SOLICITA: CATÉTER PARA CENTESIS, INLCUYE AGUJA ECOGÉNICA. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO O FOLLETO, YA QUE AL SER UN INSUMO UNICO DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL SOLO DA APOYO A UN LICITANTE, EL CONSEGUIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEL INSUMO SE CONVIERTE EN UN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA DE REFERENCIAR UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES**
1141938	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 60.01.1010, DONDE SE SOLICITA: SET DE BIOPSA TRANSYUGULAR. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO O FOLLETO, YA QUE AL SER UN INSUMO UNICO DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL SOLO DA APOYO A UN LICITANTE, EL CONSEGUIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEL INSUMO SE CONVIERTE EN UN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA DE REFERENCIAR UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES**
1141939	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 60.01.1043, DONDE SE SOLICITA: SONDA PARA ECO INTRACARDIACO (INCLUYE USO DE EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO) PARA OTROS PROCEDIMIENTOS COMPATIBLES CON EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO. USO ADULTO Y PEDIÁTRICO. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO UNICAMENTE CON CATALOGO O FOLLETO, YA QUE AL SER UN INSUMO UNICO DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL SOLO DA APOYO A UN LICITANTE, EL CONSEGUIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEL INSUMO SE CONVIERTE EN UN	**SE ACEPTA SU PROPUESTA DE REFERENCIAR UNICAMENTE CON CATALOGO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		IMPOSIBLE DE CUMPLIR, LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	
1141940	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.1050, DONDE SE SOLICITA: CATETER ANGIOGRÁFICO TIPO MIKAELSON 5FR. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATETER ANGIOGRÁFICO TIPO MIKAELSON 5FR O MIK 5 FR.", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141941	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.1051, DONDE SE SOLICITA: CATÉTER ANGIOGRÁFICO TIPO SHEPHERD HOOK 5FR. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "CATETER ANGIOGRÁFICO TIPO SHEPHERD HOOK 5FR O SHK1.0 5 FR. ", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1141942	ANEXO T4	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 60.01.1060, DONDE SE SOLICITA: STENTS PERIFÉRICOS, MONTADO Y DESMONTADO. PARA EXPANDIR ENTRE 8 Y 12 MM Y 14 A 25MM DE DIAM. Y LONG. ENTRE 36 A 50 MM. LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR "STENT PERIFERICO DESMONTADO DIAMETRO DE EXPANSION DE 10 MM Y LONGITUD DEL STENT SIN EXPANDIR DE 40 Y 50 MM. ", ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142800	ANEXO TECNICO 4. EQUIPO MÉDICO TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.7 FECHA DE FABRICACIÓ	ANEXO TECNICO 4. EQUIPO MÉDICO TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.7 FECHA DE FABRICACIÓN FORMATO T20 LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR EQUIPOS CON VIDA ÚTIL Y FUNCIONALES CON INDEPENDENCIA DE LOS AÑOS DE FABRICACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER INNECESARIAMENTE EL SERVICIO Y CON ELLO LIMITAR LA CANTIDAD DE CASOS A REALIZAR EN DETRIMENTO DE LOS DERECHOHABIENTES. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142801	TERMINOS Y CONDICIONES: 16. EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIONES, 1. CAPACIDAD DEL	TERMINOS Y CONDICIONES: 16. EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIONES, 1. CAPACIDAD DEL LICITANTE	**SI SE ACEPTA**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	LIC	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO Y OBTENCIÓN TOTAL DE LOS PUNTOS, SE ACEPTARÁ EL PERFIL DE ENFERMERO Y/O TÉCNICO EN ENFERMERÍA Y/O AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y/O INGENIERO BIOMÉDICO Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO. ¿ES CORRECTO?	
1142820	CONVOCATORIA: 1.2 JUNTA DE ACLARACIONES	LA PLATAFORMA COMPRAS MX NO PERMITE ACOMPAÑAR LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CON UN ESCRITO EN EL CUAL SE MANIFIESTE INTERÉS EN PARTICIPAR, POR LO LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A AL CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE INTERÉS EN PARTICIPAR ES MEDIANTE LA PLATAFORMA Y EL ACUSE QUE EXPIDE ESTA MISMA Y NUESTRAS ACLARACIONES SERÁN RESPONDIDAS MIENTRAS SEAN RECIBIDAS DENTRO DEL PLAZO PREVISTO. ¿ES CORRECTO?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**
1142821	CONVOCATORIA 4.1.2 INCISO L)	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS CON UNA FECHA DE EMISIÓN HASTA CON 5 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE APERTURA, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE NO AFECTE A LA HORA DE CARGAR LA INFORMACIÓN EN LA NUEVA PLATAFORMA A LA PRESENTACIÓN DE MI PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	**DEBERÁ PRESENTAR LA OPINION VIGENTE DEL IMSS HASTA CON 5 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA APERTURA DE PROPUESTAS Y LAS OPINIONES DEL SAT E INFONAVIT PODRÁ PRESENTARLAS MIENTRAS ESTÁS SE ENCUENTREN VIGENTES INDEPENDIENTEMENTE SI TIENEN 15 DÍAS HABILES MÁS DE HABER SIDO EXPEDIDAS**
1142822	ANEXO TECNICO 4. EQUIPO MÉDICO TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.7 FECHA DE FABRICACIÓ	ANEXO TECNICO 4. EQUIPO MÉDICO TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.7 FECHA DE FABRICACIÓN FORMATO T20 LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR ESTE FORMATO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS EQUIPO(S) MÉDICO(S) OFERTADOS POR MI REPESENTADA CUENTAN CON 5 (CINCO) AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR DE 2019). ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142823	FORMATO T20	LE REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE FORMATO SE ADECUARÁ A LOS AÑOS DE FABRICACIÓN QUE SOLICITAN EN EL ANEXO TÉCNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES. ¿ES CORRECTO?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

NOMBRE DEL LICITANTE: **SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.**

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1140479	NUMERAL 3.3 INCISO F	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA PRESENTAR ESCRITO CON LA LEYENDA NO APLICA, EN CASO DE QUE NO SE PARTICIPE EN CONJUNTO.	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1140480	NUMERAL 3.3 INCISO I	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA PRESENTAR ESCRITO CON LA LEYENDA NO APLICA, EN CASO DE SER EMPRESA "GRANDE" EN ESTRATIFICACIÓN.	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1140481	NUMERAL 3.3 INCISO L	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO POSITIVAS Y CON EMISIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	**DEBERÁ PRESENTAR LA OPINION VIGENTE DEL IMSS HASTA CON 5 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA APERTURA DE PROPUESTAS Y LAS OPINIONES DEL SAT E INFONAVIT PODRÁ PRESENTARLAS MIENTRAS ESTÁS SE ENCUENTREN VIGENTES INDEPENDIENTEMENTE SI TIENEN 15 DÍAS HABILES MÁS DE HABER SIDO EXPEDIDAS**
1140482	ANEXO TÉCNICO TÉRMINOS Y CONDICIONES	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, COMPARTA EL "ANEXO TÉCNICO" Y EL "TÉRMINOS Y CONDICIONES" EN FORMATO WORLD.	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE COMPARTE EL ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES EN FORMATO WORD**
1140483	ANEXO TÉCNICO TABLA 8.1	EN LA TABLA 8.1, MENCIONA QUE SE REQUIEREN 5 TÉCNICOS Y UN SUPERVISOR PARA LAS 3 SALAS DE HEMODINAMIA, SIN EMBARGO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, EN LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES, MENCIONA QUE SE REQUIEREN AL MENOS 4 TÉCNICOS EN SITIO. ASUMIMOS QUE, PARA CUMPLIR EN AMBOS NUMERALES, SE TENDRÁ QUE PRESENTAR 5 TÉCNICOS EN SITIO Y UN SUPERVISOR PARA LAS 3 SALAS DE HEMODINAMIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE NO SER ASÍ, INDICAR EL NÚMERO CORRECTO, INCLUYENDO TURNOS MATUTINOS, VESPERTINOS Y NOCTURNOS.	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**
1140484	EXPERIENCIA	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA REDACCIÓN DEL NUMERAL 4.2.17 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, ¿SE CONFIRMA QUE EL PERIODO CORRECTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA SERÁ DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (2016 AL 2026) SE PRESENTARÁ UN MÁXIMO DE 5 AÑOS EN SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES. ¿FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?	**SE CONFIRMA QUE EL PERIODO SERÁ DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS DE CONTRATOS CONCLUIDOS PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, POR LO QUE EL PERIODO QUE SERÁ CONSIDERADOS ES DE 2016 A 2025,**
1140485	ESPECIALIDAD	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA	**SE CONFIRMA QUE EL PERIODO SERÁ DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS DE CONTRATOS**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		REDACCIÓN DEL NUMERAL 4.2.18, ¿SE CONFIRMA QUE EL PERIODO PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD SERÁ DEL 2016 AL 2026? ASIMISMO, EL LÍMITE MÁXIMO DE CONTRATOS ACEPTADOS PARA OBTENER EL PUNTAJE COMPLETO EN ESTE RUBRO SERÁ DE 5 CONTRATOS (COMO DICE EL NUMERAL 4.2.18). ¿FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?	**CONCLUIDOS PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, POR LO QUE EL PERIODO QUE SERÁ CONSIDERADOS ES DE 2016 A 2025,**
1140486	CUMPLIMIENTO	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA REDACCIÓN DEL NUMERAL 4.2.22 SEÑALA QUE PARA EL CASO DE DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS BASTARÁ CON PRESENTAR LA FIANZA CANCELADA O EL ESCRITO DE LIBERACIÓN DE FIANZAS O UNA CARTA DE SATISFACCIÓN/CUMPLIMIENTO, LIMITANDO EL RUBRO A UN MÁXIMO DE 5 DOCUMENTOS. ¿FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?	**ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO ESTOS CUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS O FIANZAS CANCELADAS DEBERÁN CORRESPONDER A LOS CONTRATOS QUE SE HAYAN PRESENTADO Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS RUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD**
1140487	6.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, SE PREVEE LA DISMINUCIÓN EN LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LICITACIONES PÚBLICAS PREVISTA PARA LOS CONTRATISTAS QUE DEMUESTRAN UN ALTO GRADO DE CUMPLIMIENTO FAVORABLES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 131 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO YPREVISTOS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY YEN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA CON BASE EN LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA QUE SE ENCUENTRE EN EL REGISTROÚNICO DE PARTICIPANTES, TALES COMO NO ESTAR SANCIONADO POR LA SECRETARÍA, EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y QUE NO SE LE HAYA RESCINDIDOCONTRATO ALGUNO EN EL MISMO PERIODO.	NO, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO **6.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**
1140488	6.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SE AFIRMATIVA, FAVOR DE INFORMARNOS CUAL ES LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ACREDITAR LA EVIDENCIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE MI REPRESENTADA ANTE LA ENTIDAD CONVOCANTE, Y, SI ESTA DEBE DE SER PRESENTADA COMO PARTE DE LA PROPUESTA O DEBERÁ DE SER PRESENTADA ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PARA QUE SEA EVALUADA Y, EN SU CASO, AUTORIZADA LA DISMINUCIÓN.	NO, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO **6.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**
1140489	ANEXO TYC, 4.2.2 REGISTROS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	SANITARIOS	CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO EL ANVERSO DE LOS REGISTROS SANITARIOS DEL EQUIPO, BIBIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS, YA QUE EN EL REVERSO SOLO VIENE LA LEYENDA "SIN TEXTO" POR LO QUE NO APORTA VALOR ALGUNO, ¿SE ACEPTA?	**LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES**
1140490	ANEXO TYC, 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PAPELETA DE TRAMITE DE PRORROGA SE DEBERÁ PRESENTAR SOLO SI EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRE VENCIDO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTO**
1140491	ANEXO TYC, 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS Y ORGANIZADOS SOLO MENCIONANDO CLAVE DEL BIEN DE CONSUMO BASICO O CLAVE DEL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO SEGUN CORRESPONDA, ESTO PARA UNA RAPIDA REVISIÓN, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES**
1140492	ANEXO TYC, 4.2.4 CERTIFICADOS DE CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS Y ORGANIZADOS SOLO MENCIONANDO CLAVE DEL BIEN DE CONSUMO BASICO O CLAVE DEL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO SEGUN CORRESPONDA, ESTO PARA UNA RAPIDA REVISIÓN, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES**
1140493	ANEXO TYC, 4.1 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ARCHIVO CONSOLIDADO DE CATALOGOS, REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS Y ORGANIZADOS PARA UNA RAPIDA REVISIÓN, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES**
1140494	ANEXO TÉCNICO	DEBIDO A QUE HAY DISCREPANCIAS ENTRE EL ANEXO NÚMERO 3, EN DONDE SE ENCUENTRA EL DESGLOSE DE PROCEDIMIENTOS Y EL ANEXO T1, EN DONDE SE ENCUENTRA LA LISTA DE REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA; SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANATE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA LISTA Á SEGUIR ES EL ANEXO 3 YA QUE ES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS MÁXIMOS Y MINIMOS DE TODO LO SOLICITADO, DE SER ASÍ, SE REQUIERE A LA CONOVANTE QUE AMABLEMENTE NOS PROPORCIONE LOS PROCEDIMIENTOS DESGLOSADOS.	**FAVOR DE APEGARSE EN LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

1140495	ANEXO TÉCNICO	PROCEDIMIENTO 60.01.010, INSUMO BCB90. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE (PDA), COMPATIBLE CON EL DISPOSITIVO, QUE INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR.OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y/O TRATAMIENTO CERÁMICO, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER, CONFORMADO POR DOS DISCOS DE RETENCIÓN UNIDOS POR UN TALLO FLEXIBLE, ADAPTÁNDOSE A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. MEDIDAS DEL OCLUSOR: 2 MM HASTA 16 MM, SISTEMA LIBERADOR, COMPATIBLE CON TODAS LAS MEDIDAS ANTERIORES. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES**
1140496	ANEXO TÉCNICO	PROCEDIMIENTO 60.01.011 INUSMO BCB148 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA/ASD, MAS OCLUSOR CONFORMADO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL, CON DOS DISCOS DE RETENCION UNIDOS POR UN TALLE FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMIA, CON 2 PARCES DE PET. INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN., ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y SIN AFECTAR A LOS DEMAS PARTICIPANTES.	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES**
1140497	ANEXO TÉCNICO	PROCEDIMIENTO 60.01.011 INSUMO BCB150 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERRAT: SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR, MÁS MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR (VSD), DE NITINOL COMPUESTO POR DOS DISCOS UNIDOS POR UN TABIQUE FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMIA DEL PACIENTE, FABRICADO DE MALLA TRENZADA DE ALAMBRES DE NITINOL, CON TRES PARCHES INTERNOS DE PET, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y SIN AFECTAR A LOS DEMAS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES**
1140498	ANEXO TÉCNICO	PROCEDIMIENTO 60.01.011 INSUMO BCB149 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR; SISTEMA OCLUSOR PARA CIERRE DE FORAMEN OVAL PERMEABLE (PFO), COMPUESTO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL, CON DOS DISCOS DE RETENCION UNIDOS POR UN TALLE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LICITANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMIA, CON 2 PARCHES DE PET. DIVERSAS MEDIDAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN., ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y SIN AFECTAR A LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	
1140499	ANEXO TÉCNICO	COMPLEMENTO 60.01.847. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERE LA ELIMINACIÓN DE ESTA PARTIDA, YA QUE POR INFORMACION DE UNICO PROVEEDOR, SE ENCUENTRA DESCONTINUADO Y NINGUN LICITANTE PODRA CUMPLIR CON ESTA PARTIDA.	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

NOMBRE DEL LICITANTE: **SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV, S.A. DE C.V.**

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1139700	EVALUACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, SI ES POR PUNTOS Y PORCENTAJES O BINARIA	**ES POR PUNTOS Y PORCENTAJES**
1139701	3.3 PROPUESTA TECNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES VIGENTES POSITIVAS DEL IMSS, INFONAVIT Y SAT CON FECHA DE HASTA 15 DÍAS HABILES ANTERIORES A LA APERTURA ¿SE ACEPTA?	**DEBERÁ PRESENTAR LA OPINION VIGENTE DEL IMSS HASTA CON 5 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA APERTURA DE PROPUESTAS Y LAS OPINIONES DEL SAT E INFONAVIT PODRÁ PRESENTARLAS MIENTRAS ESTÁS SE ENCUENTREN VIGENTES INDEPENDIENTEMENTE SI TIENEN 15 DÍAS HABILES MÁS DE HABER SIDO EXPEDIDAS**
1139702	ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, ALINEAR LAS COLUMNAS DE LA PROPUESTA ECÓNÓMICA DEL "ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)" EN EL MISMO ORDEN ESTABLECIDO EN EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) "REQUERIMIENTO" DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, AGREGANDO AL FINAL 3 COLUMNAS, UNA PARA "PRECIO UNITARIO", OTRA PARA "IMPORTE TOTAL MÍNIMO" Y UNA PARA "IMPORTE TOTAL MÁXIMO". ¿SE ACEPTA?	**RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES**
1139703	ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE QUE IMPORTE SE DEBERÁ CONSIDERAR, EL DE "CANTIDAD MÍNIMA" O EL DE "CANTIDAD MÁXIMA" EN LA COLUMNA DE "IMPORTE TOTAL" DEL ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)	**RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES**
1139704	ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA INDIQUE SI SE PROPORCIONARA AL LICITANTE ADJUDICADO UN ÁREA PARA RESGUARDO DEL MATERIAL Y EQUIPOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO ASIGNADO, Y DE SER ASI, CON QUE SERVICIOS CUENTA	**ES CORRECTO AL LICITANTE ADJUDICADO SE LE ASIGNA UN ÁREA PARA EL RESGUARDO DE MATERIAL Y EQUIPOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DICHO ESPACIO (LUZ, AGUA, RED DE DATOS, ETC.)	
1139705	ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PROPORCIONE LOS ARCHIVOS ENUNCIADOS EN EL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EN FORMATO EDITABLE WORD Y/O EXCEL, CON LA FINALIDAD DE TRABAJAR DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA LA PROPUESTA TÉCNICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS ANEXOS SERAN ENTREGADOS EN FORMATO EDITABLE WORD Y EXCCEL SEGÚN CORRESPONDA**
1139706	ANEXO NÚMERO 3 (TRES) DEL REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR, ¿QUE PROCEDIMIENTOS E INSUMOS SERAN TOMADOS EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA? YA QUE, EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN EL APARTADO DE REQUERIMIENTOS DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES), PAGINA 20 (PARTIDAS DE LA 1 A LA 18) DE LA CONVOCATORIA; Y EL ANEXO TÉCNICO EN EL PUNTO 3.2 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS (PÁGINAS 3/43 Y 4/43)	**SE DEBERA TOMAR EN CUENTA EL ANEXO 3**
1139707	ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DEL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) DE LA CONVOCATORIA (PÁGINA 30), SEA TAN GENTIL DE PROPORCIONARNOS LOS ANEXOS DEL APARTADO "DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA (PROPUESTA TECNICA)" EN FORMATO EDITABLE (WORD); LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y EVITAR DE ESA FORMA, ALGUN ERROR DE OMISION O TRANSCRIPCIÓN A LA HORA DE ELABORAR LA PROPUESTA TÉCNICA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS ANEXOS SERAN ENTREGADOS EN FORMATO EDITABLE WORD**
1139708	ANEXO T3 CONFORMACION DE PROCEDIMIENTOS CON BIENES DE CONSUMO BASICO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN CADA PROCEDIMIENTO SE TOMARAN DE ESTE ANEXO Y EN CASO DE SER AFIRMATIVA MI RESPUESTA, NOS PUDIERA HACER FAVOR DE FACILITAR ESTE ANEXO EN FORMATO EXCEL, PARA QUE SEA MAS FACIL LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y EVITEMOS ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN.	**SE DEBERA TOMAR EN CUENTA EL ANEXO 3**
1139709	°BASES; ANEXO 3: TABLA DE REQUERIMIENTOS °ANEXO TECNICO: TYC HERI Y AT_HERI	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE EN RELACIÓN A LOS BIENES COMPLEMENTARIOS A OFERTAR PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NO. LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026 , EN	**SE DEBERA TOMAR EN CUENTA EL ANEXO 3**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		RELACIÓN A LAS TABLAS DE LA CONVOCATORIA; ANEXO 3 Y ANEXO TECNICO. SE OFERTARA. DADO QUE PRESENTAN DISTINTOS BIENES A REQUERIR Y LA CANTIDAD DE AMBAS NO CONCUERDAN , POR ELLO SOLICITAMOS SE INDIQUE CON QUE INFORMACIÓN PODREMOS OFERTAR, ¿SE ACEPTA?.	
1139710	ANEXO TECNICO.TABLA DE REQUERIMIENTOS ANEXO 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA EL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.927 "MICROCATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE DE 1.2 FR, 1.5 FR, 1.8 FR, 2.1FR., COMPATIBLES CON DIMETILSULFOXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE DE 3 A 5 CM.", NOS PERMITA OFERTAR "MICRO CATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE DE 1.2 FR, 1.5 FR, 1.8 FR, 2.1FR. , COMPATIBLES CON DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE."; ESTO PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE LICITACION , ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION**
1139711	ANEXO TECNICO.TABLA DE REQUERIMIENTOS ANEXO 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN RELACIÓN A AQUELOS BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO , SE ACEPTE PRESENTAR; "EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONDISERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE QUELLOS PORDUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERISTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO DEL DFO DE FECHA 21/12/2024, ASI COMO TAMPOCO SE CONTARÁ CON ALGÚN CERTIFICADO DE CALIDAD, POR LO CUAL ESTOS PUNTOS SE CUBREN CON EL MISMO D.O.F. Y EL NO PRESENTARLO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN". ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA**
1139712	ANEXO TECNICO.TABLA DE REQUERIMIENTOS ANEXO 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.898. NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD 24 A 45CM CALIBRE. 5,6 Ó 7 FR " ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1139713	ANEXO TECNICO.TABLA DE REQUERIMIENTOS ANEXO 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.900. NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 11 Ó 25 CM, CALIBRE 5,6, 7 Y 8 FR CALIBRE 0.035". ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1139714	ANEXO TECNICO.TABLA DE REQUERIMIENTOS ANEXO 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.912. NOS	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PERMITA OFERTAR "KIT DE PERICARDIOCENTESIS. INCLUYE: DILATADOR, CATETER RECTO O PIGTAIL DE 8.3 FR, GUIA CON PUNTA EN J DE 0.35" X 80 CM, 4 ESPONJAS, LLAVE DE PASO DE 3 VIAS, CLIP ALLIGATOR ESTERIL, BISTURI #11 CON MANGO, SUTURA DE SEDA, APLICADOR DE PREP, JERINGAS CON LUER LOCK DE 10 CC Y 20CC, AGUJA CON DRENAJE DE 18 G Y BOLSA DE DRENAJE DE 1000CC". ¿SE ACEPTA?.	
1139715	ANEXO TECNICO.TABLA DE REQUERIMIENTOS ANEXO 3	SOLICITAMOS AMABLEMNTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.941. NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO ÚNICAMENTE CON CATÁLOGO, LPRESENTANDO EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION**
1139716	ANEXO TECNICO.TABLA DE REQUERIMIENTOS ANEXO 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.961 NOS PERMITA OFERTAR "STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035",0.014", 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) ". ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1139717	ANEXO TECNICO.TABLA DE REQUERIMIENTOS ANEXO 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.962 NOS PERMITA OFERTAR " STENT CORONARIO MEDICADO O NO MEDICADO" ¿SE ACEPTA?	**SE ELIMINA ESTE INSUMO DE LAS BASES DE ESTA LICITACION**
1139718	ANEXO 2 Y ANEXOT6 EQUIPOS MEDICOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS EQUIPOS EN GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO.	**APEGARSE AL ANEXO T2. EQUIPO MEDICO Y EL ANEXO T6 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI**
1139719	ANEXO 2 Y ANEXOT6 EQUIPOS MEDICOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES	**APEGARSE AL ANEXO T2. EQUIPO MEDICO Y EL ANEXO T6 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI**
1139720	ANEXO 2 Y ANEXOT6 EQUIPOS MEDICOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS ESPECIALES	**APEGARSE AL ANEXO T2. EQUIPO MEDICO Y EL ANEXO T6 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI**
1139721	ANEXO 2 Y ANEXOT6 EQUIPOS MEDICOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS BIENES DE	**APEGARSE AL ANEXO T2. EQUIPO MEDICO Y EL ANEXO T6 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CONSUMO COMPLEMENTARIO.	
1139722	EVALUACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NÚMERO DE TÉCNICOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO.	**DEBERÁ PROPORCIONAR EL NÚMERO DE TECNICOS Y SUPERVISORES SOLICITADOS EN EL PUNTO 8, TABLA 8.1 DEL ANEXO TÉCNICO**
1139723	ANEXO 2 Y ANEXOT6 EQUIPOS MEDICOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIERE PRESENTAR DOCUMENTACION REGULATORIA DE REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO.	**APEGARSE AL ANEXO T2. EQUIPO MEDICO Y EL ANEXO T6 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI**
1139724	ANEXO 2 Y ANEXOT6 EQUIPOS MEDICOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL 80% DE DOCUMENTACION REGULATORIA DE REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO.	**SE ACEPTA SU PROPUESTA**

NOMBRE DEL LICITANTE: **VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1142511	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA PROPUESTA TÉNICA Y ECONÓMICA SERÁ CONSIDERADA APARTIR DEL ANEXO T1 "REQUERIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA", CONSIDERANDO LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO OTORGADAS DE LA PÁGINA 1/28 HASTA LA PÁGINA 25/28 DEL ANEXO PDF "ANEXOS TYC HERI.PDF".	**ES CORRECTO DEBERÁ CONSIDERAR A PARTIR DEL ANEXO T1 "REQUERIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA", CONSIDERANDO LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO OTORGADAS DE LA PÁGINA 1/28 HASTA LA PÁGINA 25/28 DEL ANEXO PDF "ANEXOS TYC HERI.PDF".**
1142512	ANEXOS TYC HERI.PDF Y EN EL ANEXO AT_HERI.PDF	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA PROPUESTA TÉNICA SE ENTREGARÁ BAJO EL NOMBRE: ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DE SMI PARA HERI", SOLICITADO EN EL ARCHIVO PDF "AT_HERI.PDF" ¿ES CORRECTO?	**ES CORRECTO DEBERA ENTREGAR LA PROPUESTA TECNICA BAJO EL NOMBRE ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DE SMI PARA HERI", SOLICITADO EN EL ARCHIVO PDF "AT_HERI.PDF"**
1142513	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR SON LOS QUE CUENTAN CON CANTIDAD EN EL ANEXO T6 "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI" ¿ES CORRECTO?	**ES CORRECTO, LOS EQUIPOS A OFERTAR SON LOS QUE CUENTAN CON CANTIDAD EN EL ANEXO T6 " DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI**
1142514	DEL ARCHIVO WORD: LA046T3526	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA ESTE EVENTO SE REQUIERE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA EL ÁREA MÉDICA. DE SER ASÍ, SOLICITAMOS DETALLAR LA CANTIDAD Y TALLAS REQUERIDAS QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS INCLUIR EN LA PROPUESTA.	**NO SE REQUIERE PROTECCION RADIOLOGICA**
1142515	AT_HERI, 8 ASISTENCIA TÉCNICA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME:	**DEBERÁ CONSIDERAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 8 Y TABLA 8.1 DEL ANEXO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		- EL NÚMERO DE SALAS DE HEMODINAMIA CON LAS QUE CUENTA EL HOSPITAL - LOS TURNOS A LOS QUE SE DARÁ COBERTURA. - TÉCNICOS EN SITIO REQUERIDOS PARA CUBIR LA NECESIDAD. FAVOR DE ACLARAR	**TÉCNICO**
1142516	ANEXOS TYC HERI.PDF Y EN EL ANEXO AT_HERI.PDF	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA FACILITAR LA CARGA EN SISTEMA NOS PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS REFERENCIADAS QUE CONTIENEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS. ¿SE ACEPTA?	**FAVOR DE APEGARSE TOTAL Y CABALMENTE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS.**
1142517	FOR AT HERI, PDF	SE MENCIONA: FORMATO T17. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TECNICO/DOCUMENTAL: *DEBERÁ ENVIARSE EN EXCEL EDITABLE Y PDF (SIN AGREGAR COLUMNAS, LLENANDO TODAS LAS CASILLAS, OCUPANDO UNA SOLA FILA POR CARACTERÍSTICA, EQUIPO, BIEN DE CONSUMO BÁSICO O COMPLEMENTARIO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA AGREGAR FILAS Y COLUMNAS EN EL FORMATO T17 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO DOCUMENTAL, DEBIDO A QUE HAY DESCRIPCIONES QUE SE COMPONEN DE DOS O MÁS CÓDIGOS, Y EL CONSIDERAR SOLO UNA FILA POR DESCRIPCIÓN HARÍA QUE LA REVISIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE RESULTARA CONFUSA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA, PODRA AGREGAR FILAS Y COLUMNAS EN EL FORMATO T17, CON LA FINALIDAD DE QUE LA REVISION POR PARTE DEL AREA TECNICA NO SEA CONFUSA**
1142518	ANEXOS TYC HERI.PDF Y EN EL ANEXO AT_HERI.PDF	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL ANEXO T1 "REQUERIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA", SE REFIERE A LA PARTIDA 1 QUE SERÁ ADJUDICADA A UN SOLO LICITANTE ¿ES CORRECTO?	**EL ANEXO T1 S REFIERE A LAS PARTIDAS QUE DEBE OFERTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO LAS CUALES SERAN ADJUDICADAS A UN SOLO LICITANTE.**
1142519	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PARA GUÍA DE 0.021" A 0.038", YA QUE LA MEDIDA DE 21 GA ES COMPATIBLE CON GUÍAS 0.021''. ¿SE ACEPTA?	
1142520	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038"" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE PREGUNTA:SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" Y 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. YA QUE LA MEDIDA DE 300CM NO SE FABRICA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142521	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB115 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032"CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO,TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LAS OPCIONES DEL RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFILICO APLICAN PARA LA DESCRIPCIÓN "GUIA VASCULAR 0.021 A 0.032" Y QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR UN INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, YA QUE, AL TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO RADIAL, ESTE RECUBRIMIENTO REDUCE EL TRAUMA DEL VASO SANGUINEO, CUALQUIER RECUBRIMIENTO DIFERENTE AL HIDROFÍLICO PUEDE RESULTAR CONTRAPRODUCENTE PARA EL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142522	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038"" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" Y 0.038"'' LONGITUD 150CM Y 260CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. YA QUE SON LAS MEDIDAS EN QUE SE FABRICAN LAS GUÍAS. ¿SE ACEPTA?	
1142523	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB143 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" A 0.038" DE DIÁMETRO. DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB143 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA. DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142524	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB124 INTRODUCTORES. INSERTAR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 8, 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB124 INTRODUCTORES. INSERTAR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA. DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142525	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 O 26 CC. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES EN UN RANGO DE 1 HASTA 30ATM Y 20 O 25 CC. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142526	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB154 STENTS PERIFÉRICOS ,MONTADO O	**NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DESMONTADO. PARA EXPANDIR ENTRE 8Y12 MM Y14 A 25MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 36 Ó 40 A 50 MM. PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE HA DESCONTINUADO UNA MEDIDA DE STENT SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: STENT PERIFERICO DESMONTADO. PARA EXPANDIR ENTRE 10 A 12 MM Y LONGITUD DE 19 A 39 MM. ¿SE ACEPTA?	
1142527	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAT: BCB1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 4 A 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.021" A 0.038". CON EL FIN DE OFERTAR MAYOR MEDIDAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142528	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.011 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP). DESCRIPCIÓN; EN CASO DE CIERRE DE CIA INCLUYE EL USO DEL ULTRASONIDO INTRACARDIACO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SONDA DE ECO INTRACARDIACO ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142529	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB53 CATÉTERES BIOTOMO (O PINZA DE BIOPSIA MIOCÁRDICA PARA ACCESO FEMORAL O YUGULAR) PARA BIOPSIA MIOCÁRDICA, DESECHABLE, LONGITUD DE 45 Ó 50CM Ó 98 Ó 120 CM CALIBRE. 3 A 8FR. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EXISTEN DIFERENTES MARCAS CON CARACTERÍATICAS DIFERENTES EN EL MERCADO PERO QUE CUMPLEN PERFECTAMENTE EL PROPÓSITO DESEADO, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB53 CATÉTERES BIOTOMO (O PINZA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DE BIOPSIA ENDOMIOCÁRDICA PARA ACCESO FEMORAL O YUGULAR) PARA BIOPSIA ENDOMIOCÁRDICA, DESECHABLE, LONGITUD DE 50CM Y 104CM, CALIBRE DE 5.5 Y 7 FR. ¿SE ACEPTA?	
1142530	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB31 CATÉTER DIAGNÓSTICO HIDROFÍLICO JB2, JBL, HL, H2, VERTEBRAL, SIMONS, 4FR, 5FR Y 6FR. A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB31 CATÉTER DIAGNÓSTICO HIDROFÍLICO JB2, JB1, H1, H3, VERTEBRAL, SIMONS, 4FR A 5FR. A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA. DEBIDO A QUE LA MEDIDA DE 6 FR NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142531	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB49 CATÉTER PIGTAIL 5 A 6 FR. CENTRIMETRADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB49 CATÉTER PIGTAIL 5 FR CENTRIMETRADO. YA QUE EL CATETER DE 6FR CENTIMETRADO NO SE COMERCIALIZA EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142532	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB32 CATÉTER DIAGNÓSTICO HIDROFÍLICO JB2, JB1, H1,H2, VERTEBRAL, SIMMONS S1, S2, 4FR, 5FR Y 6FR. LLEVAR TODAS LAS MEDIDAS A ELECCIÓN DEL NEUROINTERVENSIONISTA. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITOY PIGTAIL, ENTRE 100Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB32 CATÉTER DIAGNÓSTICO HIDROFÍLICO JB2, JB1, H1,H3, VERTEBRAL, SIMMONS S1, S2, 4FR A 6FR. LLEVAR TODAS LAS MEDIDAS A ELECCIÓN DEL NEUROINTERVENSIONISTA. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITOY PIGTAIL, ENTRE 100 Ó 110 CM DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 6 FR. ¿SE ACEPTA?	
1142533	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB37 CATÉTER GUÍA NEUROLÓGICO 5FR,6FR, 7FR U 8FR. O "CATÉTER SOPORTE INTRACRANEAL 5 O 6 FR PREGUNTA: DEBIDO A QUE DENTRO DE LA SOLICITUD DEL BCB SE SOLICTAN DOS TECNOLOGÍAS DIFERENTES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB37 CATÉTER GUÍA NEUROLÓGICO DIVERSAS MEDIDAS. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142534	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB105 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 A 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.035". PREGUNTA: DEBIDO A QUE DIFERENTES MARCAS TIENEN ESPECIFICACIONES DIFERENTES EN RESPECTO A LAS PULGADAS DE LA GUÍA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB105 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 A 23 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. CON GUÍA VASCULAR 0.025" A 0.038". DEBIDO QUE LA MEDIDA DE 25 CM SE ENCUENTRA DESCONTINUADA DEL MERCADO. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142535	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB85 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. Ó CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.018" Ó 0.035" Ó 0.038 " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA. PREGUNTA: DEBIDO A QUE DENTRO DE LA SOLICITUD DEL BCB85 SOLICITAN DOS TECNOLOGÍAS DIFERENTES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMNENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS OFERTAR: BCB85 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.018" Ó 0.035" Ó 0.038 " LONGITUD DE 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O	**NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CURVA. YA QUE EL PROCEDIMIENTO SOLICITADO ES DE CATETERISMO DIAGNOSTICO CEREBRAL Y LA CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA NO ES FUNCIONAL EN ESTE PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	
1142536	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB35 CATÉTER DIAGNÓSTICO TEFLONADO Ó SEMIHIDROFILICO Ó HIDROFÍLICO JB2, JBL, H1, H2, VERTEBRAL, SIMMONS 1, Ó 2, 4FR, 5FR Y 6FR. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB35 CATÉTER DIAGNÓSTICO TEFLONADO Ó SEMIHIDROFILICO Ó HIDROFÍLICO JB2, JBL, H1, H3, VERTEBRAL, SIMMONS 1, Ó 2, 4FR A 6FR. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Ó 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 A 6 FR. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142537	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: BCB114 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA ÚNICA MARCA COMERCIAL QUE MANEJABA UN INTRODUCTOR DE 14FR DESCONTINUÓ ESE CONSUMIBLE, SOLICITAMOS RESPETUOSAMNENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB114 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 23 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.038". ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142538	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.823 CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE O ALTA PRESIÓN DE 1.5 MM A 4 U 8 MM DE DIÁMETRO PARA GUIA 0.014"PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS Y DE 20 A 200 MM O 220MM DE LONGITUD. USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAR DE VASOS PERIFÉRICOS	**NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		INFRAPOPLÍTEOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.823 CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO DE 1.5 MM A 4 Y 7 MM DE DIÁMETRO PARA GUIA 0.014" Y 0.018'' PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS Y DE 20 A 200 MM DE LONGITUD. USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAR DE VASOS PERIFÉRICOS INFRAPOPLÍTEOS. YA QUE NO EXISTE TECNOLOGÍA DE CATETER BALÓN NO COMPLACIENTE PARA GUIA 0.014". ¿SE ACEPTA?	
1142539	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.835 CATÉTER DIAGNÓSTICO PARA LA CURVA PIGTAIL O MULTI PROPÓSITO O CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE POLITETRAFLUORETILENO, ALTO FLUJO RECTO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 6 FR. PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA A OFERTAR ES: 60.01.835 CATÉTER DIAGNÓSTICO PARA LA CURVA PIGTAIL O MULTI PROPÓSITO O CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE ALTO FLUJO RECTO O ANGULADO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 6 FR. DEBIDO A QUE LA CARACTERISTICA ALTO FLUJO RECTO A 145 GRADOS, NO EXISTE. ¿ES CORRECTO?	**NO ES CORRECTO, DEBERA OFERTAR 60.01.835 CATÉTER DIAGNÓSTICO PARA LA CURVA PIGTAIL O MULTI PROPÓSITO O CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE POLITETRAFLUORETILENO, ALTO FLUJO RECTO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 6 FR.**
1142540	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.847 CATÉTER TIPO BERMAN PARA ANGIOGRAFÍA DE 4 Y 5 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.847, DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA DE CATETER BERMAN SE ENCUENTRA DESCONTINUADA POR EL FABRICANTE Y NO FORMARA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA. ¿ES CORRECTO?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142541	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.848 CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 8 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONGITUD.	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PREGUNTA: SOLICITAMOS RESTEUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.848 CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 7 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONGITUD. DEBIDO A QUE EN MÉXICO NO SE COMERCIALIZA CATETER DIAGNOSTICO EN 8 FR. ¿SE ACEPTA?	
1142542	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.859 COLCHÓN TÉRMICO PARA PACIENTE NEONATO, LACTANTE Y PEDIÁTRICO. (NO REQUIERE REFERENCIACIÓN). PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.859 MANTA TERMICA PARA LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO Y MANTA PARA LA PARTE SUPERIOR DE CUERPO ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142543	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.856 COILS DIVERSAS MORFOLOGÍAS Y MEDIDAS SISTEMA LIBERACIÓN CONTROLADA O REPOSICIONABLE 0.018" A 0.035" CON FIBRA SINTÉTICA Y RETRÁCTIL.. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.856 COILS DIVERSAS MORFOLOGÍAS Y MEDIDAS SISTEMA LIBERACIÓN SEMICONTROLADA Y PRECISIA 0.018" A 0.035" CON FIBRA SINTÉTICA Y RETRÁCTIL. DEBIDO A QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGIAS DISPONIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142544	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 CM PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUIA CORONARIO INTERMEDIO	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 150 CM. DEBIDO A QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGIAS QUE PUEDEN CUBRIR ESTA FUNCIÓN DEL DISPOSITIVO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	
1142545	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.886 EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES 5 FR A 8FR DE 150CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.886 EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS DE LOS VASOS DEL SISTEMA ARTERIAL. ¿DE ACEPTA?	**SU OFERTA NO PROPORCIONA MEDIDAS PARA EVALUACION, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142546	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.891 FRASCO DE MICROPARTÍCULAS EMBOLIZANTES VIALES DE DIFERENTES CALIBRES EN MICRAS (200 A 1000MICRAS)DE ALCOHOL POLIVINÍLICO. PREGUNTA: CON EL FIN DE OFERTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE MEDIDAS DE MICROPARTICULAS PARA ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA A BENEFICIO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA A OFERTAR ES: 60.01.891 FRASCO DE MICROPARTÍCULAS EMBOLIZANTES VIALES DE DIFERENTES CALIBRES EN UN RANGO EN MICRAS (45 A 1180 MICRAS) DE ALCOHOL POLIVINÍLICO. ¿ES CORRECTO?	**NO ES CORRECTO, DEBERA OFERTAR 60.01.891 FRASCO DE MICROPARTÍCULAS EMBOLIZANTES VIALES DE DIFERENTES CALIBRES EN MICRAS (200 A 1000MICRAS)DE ALCOHOL POLIVINÍLICO.**
1142547	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.898 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR: 60.01.898 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 24 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR Y INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 23	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR DEBIDO A QUE SON LAS MEDIDAS COMERCIALIZADAS EN MÉXICO PARA ESTOS DISPOSTIVOS. ¿ES CORRECTO?	
1142548	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.899 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14 CMS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE AL SOLICITAR UN INTRODUCTOR PEDIATRICO LA DESCRIPCIÓN REQUERIDA ES LA SIGUIENTE 60.01.899 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 7.5 CMS. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142549	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.900 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032" PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.900 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL EN UN RANGO DE 10 A 23 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.025 A 0.038". PARA MAYOR OPCION DE MEDIDAS A ELECCION DEL INTERVENCIONISTA. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142550	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.902 INTRODUCTOR GUÍA LARGO PARA ACCESO FEMORAL Y DISTAL ARTERIAL DE 90 O 100 CMS. 7 U 8 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.902 INTRODUCTOR GUÍA LARGO PARA ACCESO FEMORAL Y DISTAL ARTERIAL DE 65 A 90 CMS. 7 U 8 FR. CON EL FIN DE OFERTAR MEDIDAS A	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		BENEFICIO DEL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	
1142551	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.907 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.907 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 23 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142552	ANEXOS TYC HERI.PDF	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA ESTE EVENTO DE LICITACIÓN NO SERÁ REQUERIDA LA CLAVE: 60.01.921 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG/ML, IOVERSOL O IOPAMIDOL O IOHEXOL O IOPROMIDA O IOBITRIDOL. YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS, EN CASO DE QUESEA AFIRMATIVO NOS CONFIRME LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS A CONSIDERAR	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142553	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.927 MICROCATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE DE 1.2 FR, 1.5 FR, 1.8 FR, 2.1FR. , COMPATIBLES CON DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.927 MICROCATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE EN UN RANGO DE 1.2 FR A 2.0 FR, COMPATIBLES CON DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142554	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.931 MICRO GUÍA DE 0.014", LONGITUDES DE 150 Ó 180 Ó 182 Ó 300 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS.	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.931 MICRO GUÍA DE 0.014", LONGITUDES EN UN RANGO DE 145 A 200 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DIFERENTES PUNTAS. ¿SE ACEPTA?	
1142555	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.933 MICROGUÍAS 0.007" Ó 0.008" A 0.014"LLEVAR MEDIDAS INTERMEDIAS, CORTAS DE 150 CM O MICROGUÍA HIDROFOLICA DE 0.007 O 0.008" POR 150 O 200 CM DE LONGITUD TOTAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.933 MICROGUÍAS 0.007" Ó 0.008" A 0.014" LLEVAR MEDIDAS INTERMEDIAS CON LONGITUD EN UN RANGO DE 145 CM A 220 CM. CON EL FIN DE OFERTAR UN MAYOR NUMERO DE MEDIDAS PARA ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA A BENEFICIO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142556	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS O PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACION DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 38MM DE LONGITUD POR 4.00 MM DE DIAMETRO O PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACION DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 8 A 38 MM DE LONGITUD POR 2.25 A 4.00 MM DE DIAMETRO PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS OFERTAR: 60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN TODAS LAS MEDIDAS DE DIAMETRO Y LONGITUD DE CADA MARCA.	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		YA QUE DENTRO DE LA SOLICITUD LAS DESCRIPCIONES DE LOS INSUMOS SE DUPLICAN. ¿SE ACEPTA?	
1142557	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS OFERTAR: 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. Y PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. INCLUYENDO TODOS LOS DIAMETROS Y LONGITUDES DISPONIBLES EN ESTAS TECNOLOGÍAS ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**
1142558	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.948 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO. TIPO: PIN-VICE. DESECHABLE O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.948 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA. DESECHABLE O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR, YA QUE SON LAS CARACTERISTICAS DE NUESTRA TÉCNOLOGIA A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142559	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.949 SET DE MICRO PUNCIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA CLAVE 60.01.949 SE DEBE DE OFERTAR UN SET DE	**APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		MICROPUNCIÓN SOLICTADO EN EL ANEXO T4, BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO YA QUE ESTA DESCRIPCIÓN DIFIERE CON LA CLAVE SOLICITADA EN EL ANEXO T1	
1142560	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035",0.014", 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES, AUTOEXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TITALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL). PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO Ó RADIOPACAS, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035",0.014", 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL). YA QUE DENTRO DE LA SOLICITUD SE REPITE LA DESCRIPCIÓN. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142561	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.814 BALÓN PERIFÉRICO INFRA POPLÍTEO COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.014", LONGITUD DE HASTA 220 MM, DIFERENTES DIÁMETROS O BALON PERIFERICO INFRAPOPILENO COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.014". PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.814 BALÓN PERIFÉRICO INFRA POPLÍTEO COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.014", LONGITUD DE HASTA 220 MM, DIFERENTES DIÁMETROS O BALON PERIFERICO INFRAPOPLÍTEO COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.014". ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142562	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.836 CATÉTER GUÍA TEFLONADO Ó SEMIHIDROFILICO Ó HIDROFÍLICO 5 Ó 6 Ó 7 U 8 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.836 CATÉTER GUÍA 5 Ó 6 Ó 7 U 8 FR. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142563	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.926 MICROCATÉTERES DE INFUSIÓN PARA	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		ESPIRALES (COILS) PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL, DE 0.010"/.020" (0.038 MM), CON CUERPO ENMALLADO, DIÁMETRO INTERNO DE 0.014"/.018" (0.035 MM), RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO O MICROCATETER DE INFUSIÓN PARA ESPIRALES (COILS) PARA EMBOLIZACIÓN INTRACRANEAL, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO PUNTA RECTA, LONGITUD DE LA PUNTA DE 3.0 CM Y LONGITUD TOTAL DE 165 CM, DIAMETRO INTERNO DE 0.013" CON CUERPO ENMALLADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.926 MICROCATÉTERES DE INFUSIÓN PARA ESPIRALES (COILS) PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL, DIÁMETRO INTERNO DE 0.017" A .021", CON CUERPO ENMALLADO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.014" A .018" , RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. ¿SE ACEPTA?	**LICITANTES.**
1142564	ANEXOS TYC HERI.PDF	60.01.1043 E MENCIONA: SONDA PARA ECO INTRACARDIACO (INCLUYE USO DE EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO) PARA OTROS PROCEDIMIENTOS COMPATIBLES CON EL EQUIPO ULTRASONIDO INTRACARDIACO OFERTADO. USO ADULTO Y PEDIÁTRICO PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.1043 SONDA PARA ECO INTRACARDIACO ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE QUE SE REFERENCIE EN ESTE PUNTO EL EQUIPO PARA ECO INTRACARDIACO.**
1142565	ANEXOS TYC HERI.PDF	SE MENCIONA: 60.01.965 STENTS PERIFÉRICOS, DESMONTADO. PARA EXPANDIR ENTRE 8 Y 12 MM Y 14 A 25MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 36 A 50 MM. O STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE CON ALEACION DE NITINOL AUTOEXPANDIBLE, DISEÑO DE ARQUITECTURA DE STENT (PARA CAROTIDA) COMPATIBLE CON CUERDA GUIA 0.035" O 0.014" RADIOPACO Y FLEXIBLE. PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE HA DESCONTINUADO UNA MEDIDA DE STENT SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.965 STENT PERIFERICO DESMONTADO. PARA EXPANDIR ENTRE 10	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		A 12 MM Y LONGITUD DE 19 A 39 MM. ¿SE ACEPTA?"	
1142566	ANEXOS TYC HERI.PDF	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES CORRESPONDEN A UNA VERSIÓN ANTERIOR DEL MODELO ILAB, CUYA TECNOLOGÍA HA SIDO DESCONTINUADA POR EL FABRICANTE. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LAS VARIACIONES PROPUESTAS NO AFECTAN EN ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO ORIGINALMENTE REQUERIDO; POR EL CONTRARIO, REPRESENTAN UNA MEJORA TECNOLÓGICA SUSTANCIAL QUE SE TRADUCE EN UN BENEFICIO DIRECTO PARA LA ATENCIÓN Y BIENESTAR DE LOS PACIENTES. POR LO CUAL SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CORRESPONDIENTES A LA TECNOLOGÍA VIGENTE: 6 EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO. 6.2 MONITOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE (1920 PX X 1080 PX) CON PUERTO HDMI. 6.3 PERMITE A EVALUAR EL TAMAÑO DE LA LESIÓN Y LA MORFOLOGÍA DELA PLACA Y COMPROBAR LOS FACTORES PREDICTIVOS DEL FALLO DEL STENT CON IVUS. 6.4 POSIBILIDAD DE UTILIZAR GUÍAS DE PRESIÓN PARA MEDIR FLUJO FRACCIONARIO RESIDUAL EN EL MISMO EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142567	ANEXOS TYC HERI.PDF	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES CORRESPONDEN A UNA VERSIÓN ANTERIOR DEL MODELO, CUYA TECNOLOGÍA HA SIDO DESCONTINUADA POR EL FABRICANTE. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LAS VARIACIONES PROPUESTAS NO AFECTAN EN ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO ORIGINALMENTE REQUERIDO; POR EL CONTRARIO, REPRESENTAN UNA MEJORA TECNOLÓGICA SUSTANCIAL QUE SE TRADUCE EN UN BENEFICIO DIRECTO PARA LA ATENCIÓN Y BIENESTAR DE LOS PACIENTES. POR LO CUAL SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CORRESPONDIENTES A LA TECNOLOGÍA VIGENTE: 10 EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA DE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		COHERENCIA ÓPTICA (OCT).INTRAVASCULAR 10.1 SISTEMA DE IMAGEN INTRAVASCULAR POR MEDIO DE TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA ESTÁ COMPUESTO POR UN CARRO (COMPUTADORA INTEGRADA, MOTOR ÓPTICO ETC.) 10.2 MONITOR; 10.3 UNIDAD DE CONEXIÓN DE CATÉTER, CUENTA CON LA OPCIÓN DE CALIBRACION 10.4 BOTON VISTA EN VIVO 10.5 MENSAJE DE CONFIRMACIÓN; 10.6 (MOUSE, TECLADO, ETC.). 10.7 CALIBRACIÓN MANUAL 10.8 INTERFAZ DE REVISION DE REGISTRO; DATOS DEL PACIENTE 10.9 INTERFAZ DE LA CALCIFICACION; 10.10 CO-REGISTRO DE ANGIO-OCT EN TIEMPO REAL 10.11 CONFIGURACION DE CONTRASTE; 10.12 LUMÉN DE CATÉTER 10.13 MEDICIONES INALÁMBRICAS DE FISIOLOGÍA CON FFR/RFR 10.14 CORRIDA DE OCT DE MENOS DE 3 SEGUNDOS 10.15 CONEXIÓN INALÁMBRICA A OPTIS MOBILE SYSTEM (BLUETOOTH). ¿SE ACEPTA?	
1142568	LA046T3526 HERI, NUMERAL 3.3 PROPUESTA TECNICA, INCISO L)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A ESTA H. CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON UNA FECHA DE EMISIÓN NO MAYOR A 3 DÍAS HABILES ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO RETRASAR LA CARGA DE LA PROPUESTA EN EL SISTEMA COMPRAS MX ¿SE ACEPTA?	**DEBERÁ PRESENTAR LA OPINION VIGENTE DEL IMSS HASTA CON 5 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA APERTURA DE PROPUESTAS Y LAS OPINIONES DEL SAT E INFONAVIT PODRÁ PRESENTARLAS MIENTRAS ESTÁS SE ENCUENTREN VIGENTES INDEPENDIENTEMENTE SI TIENEN 15 DÍAS HABILES MÁS DE HABER SIDO EXPEDIDAS**
1142569	TYC HERI, AT_HERI	AT_HERI NUMERAL 4. EQUIPO MÉDICO, SUBNUMERAL 4.3.1. NUMERAL 6. BIENES DE CONSUMO (BASICOS Y COMPLEMENTARIOS), SUBNUMERAL 6.1 Y 6.1.1, SUBNUMERAL 6.2 Y 6.2.1 TYC HERI NUMERAL 4.1 DOCUMENTACIÓN TECNICA, SUBNUMERAL 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO Y BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO), DE ORIGEN	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		NACIONAL O INTERNACIONAL, EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO NOS PERMITA PRESENTAR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES : A) CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. O B) "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) PUBLICADO EL 07-07-2025, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO. SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿SE ACEPTA?	
1142570	TYC HERI, AT_HERI	AT_HERI NUMERAL 4. EQUIPO MÉDICO, SUBNUMERAL 4.3.1. NUMERAL 6. BIENES DE CONSUMO (BASICOS Y COMPLEMENTARIOS), SUBNUMERAL 6.1 Y 6.1.1, SUBNUMERAL 6.2 Y 6.2.1 TYC HERI NUMERAL 4.1 DOCUMENTACIÓN TECNICA, SUBNUMERAL 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS, Y BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTRO SANITARIO, EN COMPILADOS UNICOS CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR INFORMACION, Y NO SATURAR LA PLATAFORMA COMPRAS MX, ¿EN SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142571	TYC HERI, AT_HERI	AT_HERI NUMERAL 4. EQUIPO MÉDICO, SUBNUMERAL 4.3.1..1 NUMERAL 6. BIENES DE CONSUMO (BASICOS Y COMPLEMENTARIOS), SUBNUMERAL 6.1 Y 6.1.2, SUBNUMERAL 6.2 Y 6.2.2 TYC HERI NUMERAL 4.2.4 CERTIFICADOS DE CALIDAD, SUBNUMERAL 4.2.4.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		SOLICITAMOS ESTA H.CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ADEMÁS DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN EL REFERIDO EN ESTE NUMERAL LAS CERTIFICACIONES QUE SE ENLISTAN • HEALTH CANADA, • CONFORMITE EUROPEENNE (CE), • JAPANESE INDUSTRIAL STANDART (JIS) • TECHNISHER UBERWACHUGS VERIEN (TUV) • AMERICAN NATIONAL ESTÁNDAR INSTITUTE/ASSOCIATIONFOR THE ADVANCEMENTOF MEDICAL INSTRUMENTATION (ANSI/AAMI) ¿SE ACEPTA?	
1142572	TYC HERI, AT_HERI	AT_HERI NUMERAL 4. EQUIPO MÉDICO, SUBNUMERAL 4.3.1..1 NUMERAL 6. BIENES DE CONSUMO (BASICOS Y COMPLEMENTARIOS), SUBNUMERAL 6.1 Y 6.1.2, SUBNUMERAL 6.2 Y 6.2.2 TYC HERI NUMERAL 4.2.4 CERTIFICADOS DE CALIDAD, SUBNUMERAL 4.2.4.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS Y BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, EN COMPILADOS UNICOS CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR INFORMACION, Y NO SATURAR LA PLATAFORMA COMPRAS MX, ¿EN SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142573	TYC HERI	TYC HERI NUMERAL 4.2.6 AVISO DE IMPORTACION EN EL CASO DE OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO O USADO, DADO QUE LA IMPORTACIÓN DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS NO ESTÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE UN AVISO DE IMPORTACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA POR NO SER PRODUCTOS SIDERÚRGICOS O MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, PARA CUBRIR CABALMENTE ESTE NUMERAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS EN LAS CUALES SE INDICAN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION CUANDO ESTOS SEAN EQUIPOS IMPORTADOS¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142574	TYC HERI	TYC HERI	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

		NUMERAL 4.2.7 FECHA DE FABRICACION DE SUS EQUIPOS FORMATO T20 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 5 (CINCO) AÑOS DE FABRICACIÓN A PARTIR 2020" SE SOLICITA A ESTA H. CONVOCANTE NOS PERMITA QUE EL FORMATO T20 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 5 (CINCO) AÑOS DE FABRICACIÓN A PARTIR 2020" SEA FIRMADO POR LICITANTE YA QUE ES EL DUEÑO DE LOS EQUIPOS Y ES EL QUE BRINDA LOS MANTENIMIENTOS, ¿SE ACEPTA?	**LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142575	TYC HERI	TYC HERI NUMERAL 4.2.7 FECHA DE FABRICACION DE SUS EQUIPOS FORMATO T20 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 5 (CINCO) AÑOS DE FABRICACIÓN A PARTIR 2020" SE SOLICITA A ESTA H. CONVOCANTE, QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA A FIN DE COMPROBAR Y PODER HACERSE EFECTIVAS Y ASEGURAR LAS CONDICIONES OPTIMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NOS PERMITA ADJUNTAR LA PÓLIZA Y/O BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ACTUALIZADA ASI COMO UN "DICTAMEN TÉCNICO" Y/O UNA ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL LICITANTE, YA QUE ES EL QUE BRINDA LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.**
1142576	AT_HERI	AT_HERI NUMERAL 4. EQUIPO MÉDICO, SUBNUMERAL 4.3.1. CREEMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO MENCIONAN EL FORMATO T27 COMO PROPUESTA TECNICA Y EL FORMATO CORRECTO ES EL FORMATO T17 " PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/DOCUMENTAL". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES**

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 91, FRACCION I ULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO SE INFORMA QUE EL PLAZO QUE LOS LICITANTES TENDRAN PARA FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACION CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS ES DE 6 HORAS **(06:00 PM DEL 26 DE JUNIO 2026)**, LAS RESPUESTAS SE DARAN A CONOCER EL DIA **30 DE JUNIO A LAS 12:00 PM.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026**, SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO ELECTRONICAMENTE LAS PERSONAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA INTERVENCIONISTA 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

QUE EN ELLA ACTUARON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS ASISTENTES NO INVALIDA SU CONTENIDO Y EFECTOS, INFORMÁNDOLES QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, ÉSTAS SE HACEN DE CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (COMPRAS MX).

ASÍ MISMO PARA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE DIFUNDIRÁ LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://COMPRASMX.BUENGOBIERNO.GOB.MX

ÁREA TECNICA

_____ DRA. MARIA SOLEDAD BEATRIZ VILLEGAS GONZALEX JEFE DIVISIÓN CARDIONEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORACICA **ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ÁREA TÉCNICA**

AREA CONTRATANTE

_____ MTRO. JORGE JESUS RESENDIZ ROSALES **ENCARGADO DIRECCION ADMINISTRATIVA**	_____ LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**
_____ MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS **JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**	_____ C.P. ZURY SADAY HERRERA MORA **ANALISTA COORDINADOR OFICINA DE ADQUISICIONES**



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026|ZURY SADAY HERRERA MORA|HEMZ750719QR6|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|5c7540
0c54fc250d9c50f27510ca49d1706b0eae88bde0390268fa3df1a7724d|26-06-2026 11:46:19||

FIRMA ELECTRÓNICA:
aJKDqXL2xjDiM/qsJoehogtA5/t+/Zez5Y6ghaGYupPxkGpWQysbpMpe0pvWzGYTabvHoqA6nt6ajsr/JMY1LFANOO5w6GLaCUCbBr5mzj+BiWETPS9Oysuq
sdvNmLMtOtBB4/HBLr1cVsfqXz6JKN4rM+kcxFYYP1qa63RAEItkWGbiO8AMKGmXj1QxaI63phP3B1t9Ct0UGIx/9V7g4RVr8aREkRcl1X29C5LvWlzcGRIU
4/41h6FIe4ipTDjgZZKEh8Ok3zaqTuav+E2nel/KifABGk11Vy2wash1kDgVY9jEPQLkbQzX9BErHsurhX4RcrNW2qCY13J3OQ8qdg==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
2a73f2f3-8b68-4a82-aed0-7d7c6178c4b1

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026|SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS|NUCS681028EM7|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|5c754
00c54fc250d9c50f27510ca49d1706b0eae88bde0390268fa3df1a7724d|26-06-2026 11:32:41||

FIRMA ELECTRÓNICA:
kRIMbHtvMvK+I3fUbKNZH1HAcDvIxeFoIX/pVprusJT8WI8JSgfUZ6ZnCAcAtFg3aK7IdkT5ASPyKxa61U0tsbGjfIc4bAGJM9ouGVxoukvkG2iM+LvVxEkp
0QMGYqN9VV/UFt8E4CVZxWj58ycTr5zaQcCYpzoTWtQRTDSgmUE+9alYFCSZyNV7vgw3DwPM7ATIaSO0IoudMHOHKvr/erDRyNN06dESsp5/CS/iiwo3zIWg
A6mo+CipanP5MyFgeCea43moF9YHoQpdJkagN9gmp7qv3BweuphVrT6wlBe+x3RUu/VLryEyhArvFKg+cORxdxG6gy5Mib4f14ugTw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
e249fe97-48ba-4bd8-81d2-a1f76cf22ac3

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026|JORGE JESUS RESENDIZ ROSALES|RERJ820423T19|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|5
c75400c54fc250d9c50f27510ca49d1706b0eae88bde0390268fa3df1a7724d|26-06-2026 11:32:36||

FIRMA ELECTRÓNICA:
Wu7Nm9wwhuV3NdHnPJepp61s4hRVT5hWF5I1TjgGb6lvRzgy4yX0sipfuLxDmjTzkdAu2EP+Fg51ut9BJZfKs+OzGCzvb2bhHV4HwDN9ZYwyRriF6fTYMzvT
2IHjnGfeOT19+QJdbNz0I2tTzS2BLP2tUjhOci+jed9vAm1iWGZsNJmwmFTCAsHmAkR7HR4Ldtl+dP0OvneYuCDFuuOKPekXpc2L0P7cD0KeHn39Qhl6O8tr
7GzifgVfCjLhSGAx+pahu0cyuHNqQfql8x5nm2ThL13RTVaR++rkT2b5cy5Iy6ivZI/hrHDodZyUIK/oEB4Khori0ushMZYbsAt0rA==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
0e2c7ff5-8b0a-499a-94cc-4d42f5b87e97

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026|YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA|SAVY740914SM7|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|5c
75400c54fc250d9c50f27510ca49d1706b0eae88bde0390268fa3df1a7724d|26-06-2026 11:31:54||

FIRMA ELECTRÓNICA:
kiE834mp5K5OzqkENpLhQVD4sqRMX8H8+mbihozbJy8aNYfATv/4MLoPR2DrREBB9Zr+MU/klvBqYBttrUECc/hZqBroojBqdyhKBGam3QpD1lXqXwIhgH0T
/7FASLUBXyriPpNkcgE8PUs1eeaNphTa0SLqwHbuipDUwhl1wUYap3PfOrJzFxelAuuBG5vlWX55j4SYU/tTORAH8yuHdyTuyVYyDWsUl8b8Hhz/gT/xoMX3
iqIihcbh8AOXKiGMyKNY7O4FK/JxGvLOpcfNVvpvKinHvIFRsq9xz+1z4We0RD1Df8fuwME2uI7RsGBZvABUDZSH37TUtUJ+uHnzvg==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
f8dd68ef-9742-410a-8de3-8c94dd99bd2b

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026|MARIA SOLEDAD BEATRIZ VILLEGAS GONZALEZ|VIGS601218C77|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACL
ARACIONES|5c75400c54fc250d9c50f27510ca49d1706b0eae88bde0390268fa3df1a7724d|26-06-2026 11:53:12||

FIRMA ELECTRÓNICA:
eNgS4P5EvoRcFwrQjkNZMMNgQNDH/AhyO9zq8j22Vul95otKXkXYT5sbqzg9WiwRlu126tgUHN7jp1szLsKWSDYnUiRzk8scUyh2npZ9eRkYUP0ZIfc7v0jl
0/lPxS4P1SJxAMEBSBIEVaqzSCq5EKPLVWs/gtbBjGhSBkh6NFYc00y0xSHmtxayoI3XylHfjn+RKwZeNCngp+8FWSiW7zgq3lD6kMarf6h7ZBxbe9EWXKo0
vx8lffRQdoYsAfUad9G7fsti2qZlsd0zzvRixMj9KyHOouIkbgN3R/T6LryVIbT00ThQXG8gQrwufPY7nG/btRLkxASq6cZU+h7ARg==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
f0954a80-aa66-46be-893b-eb81578370cf

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-35-2026|VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV|VIN011206P16|PROVEEDOR|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|5c7540
0c54fc250d9c50f27510ca49d1706b0eae88bde0390268fa3df1a7724d|26-06-2026 11:33:22||

FIRMA ELECTRÓNICA:
j0Kal+aq5EoV8snuopqCPcO5C4ar86CB7Nwy1KDLdAEKDFw4gGfqhgoILx0Z7yrDMbpnSJKtNswyk/J11tYmxGAAKCBwmy3+uCcTv4dgVRDjb6x/9qg6Q0CK
lfYiA+pD9PzYGr8bwXIRgZfYJTdkWPW3zxVnUaFZM9oNWTWhxonVsROCcG2gsOs94e5CBYXfTzUxaHg1Y3T0gkFyNFKRcBkQ55zpeKnTpDIz1CQB/OA7mcEa
VNWvL0XJHUSqFucjzYVuYMuWnI6haw6VrIy6y0qOOXM3zYWyd7WkEc4yAMB7xlXR8gDdZK6BDBxF8Gr2vwq+UYbhqI7+hWF3intT+Q==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
ad952a0c-ec76-4880-af69-f5b50fe54c0e

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

