



EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO IA-50-GYR-050GYR091-T-52-2025, EL LO SUCESIVO "LA PRESENTE", LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN PUEBLA, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

ANTECEDENTES

EN OBSERVACIÓN AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 33, 35 FRACCIÓN II, 36, 53, 54 FRACCIÓN I, II, 46, 47, 48 FRACCIÓN II, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69, 70 FRACCIÓN II, 71, 73, 74, 75, 77 Y 78 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 39, 42, 45, 46 Y 48 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE, EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRAS MX) EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2025-----

SIENDO LAS DIEZ HORASHORAS DEL CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTICINCO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABECEN LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE, SE LES INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE FORMULARON ACLARACIONES Y PRESENTARON UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS QUE SE REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRASMX.-----

DESARROLLO DEL EVENTO

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 INCISO II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE PROCEDIO A DAR LECTURA A LAS REPREGUNTAS QUE LOS LICITANTES CONSIDERARON NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS POR ESTA CONVOCANTE EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES.-----

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Indicar una referencia que permita identificar la pregunta de la cual desea mayor detalle	Deberá capturar la aclaración requerida a una respuesta previamente emitida en el acta de junta de aclaraciones	Respuesta a la aclaración solicitada Valores permitidos: hasta 2,000 caracteres, sin símbolos especiales (##\$%&)
ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
84131	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	JUNTA DE ACLARACIONES, PÁGINA 4, PRESIONES	TOMANDO COMO BASE LA PRESICION DEL PUNTO 3. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIDO A QUE ELA SOLUCION SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PERTENECE A UN SOLO FABRICANTE (BAXTER) Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UNA SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA, SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LASOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA BOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B) DESPUES DE LA MEZCLA CADA 1000 ML CONTIENE: POTASIO 4MEQ/L, CALCIO 2.5 MEQ/L, MAGNESIO 1.5 MEQ/L, SODIO 140 MEQ/L, CLORO 113 MEQ/L, LACTATO 3 MEQ/L, BICARBONATO 32 MEQ/L, GLUCOSA 110 MG/ML, AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA MARCA B. BRAUN MODELO OMNI ; SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y ESTA SERA EVALUADA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL AREA MÉDICA.
84132	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	JUNTA DE ACLARACIONES, PÁGINA 4, PRESIONES	TOMANDO COMO BASE LA PRESICION DEL PUNTO 3. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIDO A QUE LA SOLUCION SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PERTENECE A UN SOLO FABRICANTE (BAXTER) Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UNA SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA, SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS, COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B). ANTES DE LA MEZCLA, CADA 1000 ML CONTIENE: CALCIO 3.5 MEQ/L; MAGNESIO 1.0 MEQ/L; SODIO 140 MEQ/L;	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y ESTA SERA EVALUADA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL AREA MÉDICA.





Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Indicar una referencia que permita identificar la pregunta de la cual desea mayor detalle	Deberá capturar la aclaración requerida a una respuesta previamente emitida en el acta de junta de aclaraciones	Respuesta a la aclaración solicitada Valores permitidos: hasta 2,000 caracteres, sin símbolos especiales (#\$%&)
ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			CLORO 109.5 MEQ/L; LACTATO 3 MEQ/L; BICARBONATO 32 MEQ/L; AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION: EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 8972. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA. MARCA: B. BRAUN MODELO: OMNI. ¿SE ACEPTA?	
84133	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	JUNTA DE ACLARACIONES, PÁGINA 4, PRESIONES	TOMANDO COMO BASE LA PRESION DEL PUNTO 3. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIDO A QUE EL SET SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PERTENECE A UN SOLO FABRICANTE (BAXTER) Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN CIRCUITO EXTRACORPOREO DE PVC INTERCONECTADO CONTINE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA, UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LINEA PARA LIQUIDO DE HEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REEMPLAZO, UNA LINEA DE ACCESO AL PACIENTE, UNA LINEA DE COLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO, 4 TRANSDUCTORES DE PRESION, UN FILTRO DE MEMBRANA DE POLIETERSULFONA TAMAÑO 1.6 M2, UNA BOLSA PARA DRENAJE DEL LIQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO POST DILUCION, ESTERIL, Y DESECHABLE. PRESENTACION: SET NUMERO DE CATALOGO 7211427 PARA SU USO EN EL EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE 531.340.0235 MARCA B. BRAUN MODELO OMNI, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES Y ESTA SERA EVALUADA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA.
84154	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	JUNTA DE ACLARACIONES, PÁGINA 4, PRESIONES	TOMANDO COMO BASE LA PRESION DEL PUNTO 3. SOLICITAMOS NOR PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTA CON UNA BATERIA DE RESPALDO DE 30 MIN, DANDO MAS SEGURIDAD AL PACIENTE EN CASO DE CUALQUIER FALLA EN EL SUMINISTRO ELECTRICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
84155	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	JUNTA DE ACLARACIONES, PÁGINA 4, PRESIONES	TOMANDO COMO BASE LA PRESION DEL PUNTO 2. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, ¿SI EL EQUIPO EL CUAL SE DEJARA EN COMODATO DEBE SER NUEVO Y DE ULTIMA TECNOLOGIA?	SE REQUIERE UN EQUIPO QUE CUMPLA PARA LA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO ,CUYO AÑO DE FABRICACIÓN NO SEA SUPERIOR A 3 AÑOS.
84234	BAXTER SA DE CV	PRECISIONES A LA CONVOCATORIA	ENTENDEMOS QUE PARA LAS PARTIDAS 24, 25 Y 26 EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUINIENTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.24.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS POR EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS CLAVES SOLICITADAS Y QUE SE DARÁ CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES ESTABLECIDAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA Y REQUINIENTE CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ENCAMINADA A ATENDER LA SOLUCIÓN PARA PACIENTES QUE REQUIEREN TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO.

CIERRE DEL ACTA

SE NOTIFICA QUE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SERÁ DIFERIDO EN LA FECHA POR LO QUE SE LLEVARÁ A CABO A **LAS 10:00 HORAS EL DIA DOCE DE AGOSTO DE 2025** A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRASMX, LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LAASSP -----

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO (COMPRASMX) -----

AVISO EN EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO A TRAVÉS DEL CUAL PODRAN CONSULTAR LA PRESENTE ACTA; SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE ESTA. -----





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
UNIDAD CONVOCANTE	
 MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UMAE HTO PUEBLA	 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES UMAE HTO PUEBLA
 ING. ROSALBA GARCÍA GONZALEZ JEFA DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA UMAE HTO PUEBLA	 DR. ANTONIO FERNANDEZ RIVERA TITULAR DE LA DIVISIÓN DE TRAUMATOLOGÍA UMAE HTO P
 LIC. MÓNICA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES JEFA DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS UMAE HTO P	 MTRO. NOE PÉREZ RAIZ DIRECTRO DE ENFERMERIA
 LIC. RICARDO JAVIER ZAPATA GUTIERREZ JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO UMAE HTO P	 LIC. CHRISTIAN SINDY MARTINEZ LOPEZ ANALISTA COORDINADOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES UMAE HTO P

