



EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO IA-50-GYR-050GYR091-T-60-2025, EL LO SUCESIVO "LA PRESENTE INVITACIÓN", PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN - ARTROSCOPIA, PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN PUEBLA, PARA CUBRIR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025, EN ESTA VIRTUD, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

ANTECEDENTES

EN OBSERVACIÓN AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 33, 35 FRACCIÓN II, 36, 39 FRACCIÓN II, 46, 47, 48 FRACCIÓN II, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69, 70 FRACCIÓN II, 71, 73, 74, 75, 77 Y 78 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 39, 42, 45, 46 Y 48 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (COMPRAS MX) EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025.-----

DESARROLLO DEL EVENTO

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 PRIMERO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABECEN LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE INVITACIÓN, EL MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, QUIEN PRESIDE EL EVENTO Y EN PRESENCIA DE LA LIC. GABRIELA GARCÍA SAINOS, ANALISTA SUPERVISOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES, LIC. NELIA ROSAS MENDO, JEFA DE GRUPO DE LA OFICINA REGIONAL 7 EN PUEBLA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ING. ARIADNA YAMEL MORALES MONTIEL, JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO; LIC. ALICIA ROSALES PELAEZ, JEFE DE OFICINA DE LO CONSULTIVO; ING. ROSALBA GARCÍA GONZALEZ, JEFA DE LA DIVISIÓN DE INGENIRÍA BIOMÉDICA; MTRA. MIRIAM LEZAMA HERRERA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PROCEDÍO A DAR LECTURA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LOS LICITANTES QUE FORMULARON Y PRESENTARON UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRAS MX.-----

A CONTINUACIÓN SE ENLISTA EL PARTICIPANTE A LA PRESENTE INVITACIÓN QUE SE REGISTRÓ A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRAS MX: -----

NÚMERO	LICITANTES
1	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV

PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

A CONTINUACION ESTA CONVOCANTE PROCEDE A PRESENTAR LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN CUANDO MENOS TRES PERSONAS, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARÁN LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 43 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.-----



DICE:

ANEXO 16 TÉRMINOS Y CONDICIONES

ANEXO T14 "Reporte Individual De Procedimientos Y Bienes De Consumo Opcionales Utilizado"

UMAE/DELEGACIÓN:		NO. DE CONTRATO:			
UNIDAD MÉDICA:		FECHA:	DIA:	MES:	AÑO:
PROVEEDOR:		NO. DE FOLIO:			

Datos del Paciente:

Nombre completo:		Sexo:	F	M
NSS (a diez dígitos o posiciones):		Edad:		
Agregado Médico :				
Diagnóstico :				

Datos del Procedimiento(s):

No.	Clave del procedimiento	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe

Bien(es) de Consumo Básico(s) no Utilizado(s) (Solo en caso de ocurrir esta eventualidad)

No.	Clave del procedimiento	Descripción del Bien de Consumo Básico	Cantidad	Precio Unitario	Descuento

Inclusión de Bien de Consumo Complementario:

No.	Clave del bien de consumo complementario	Descripción y Lote	Cantidad	Precio Unitario	Importe

TOTAL

DATOS DEL MÉDICO TRATANTE		DATOS COMPLEMENTARIOS	
NOMBRE :		ELABORO : (Nombre y firma)	
MATRICULA :			
FIRMA :			



DEBE DECIR:

ANEXO 16

ANEXO T14 "Reporte Individual De Procedimientos Y Bienes De Consumo Opcionales Utilizado"

UMAE/DELEGACIÓN:		NO. DE CONTRATO:			
UNIDAD MÉDICA:		FECHA:	DÍA:	MES:	AÑO:
PROVEEDOR:		NO. DE FOLIO:			
HORA QUE SE PRESENTA EL PROVEEDOR:		HORA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO:			
EQUIPO COMPLETO:	SI () NO ()	BIENES DE CONSUMO COMPLETO:	SI () NO ()		

Datos del Paciente:

Nombre completo:		Sexo:	F	M
NSS (a diez dígitos o posiciones):		Edad:		
Agregado Médico :				
Diagnóstico :				

Datos del Procedimiento(s):

No.	Clave del procedimiento	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe

Bien(es) de Consumo Básico(s) no Utilizado(s) (Solo en caso de ocurrir esta eventualidad)

No.	Clave del procedimiento	Descripción del Bien de Consumo Básico	Cantidad	Precio Unitario	Descuento

Inclusión de Bien de Consumo Complementario:

No.	Clave del bien de consumo complementario	Descripción y Lote	Cantidad	Precio Unitario	Importe

TOTAL

DATOS DEL MÉDICO TRATANTE		DATOS COMPLEMENTARIOS	
NOMBRE :		ELABORO : (Nombre y firma)	
MATRICULA :			
FIRMA :			



EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL PUNTO 8 DE LA CONVOCATORIA, SE PROCEDIO A DAR LECTURA A TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE EL PARTICIANTE HA FORMULADO Y PRESENTÓ EN FORMA ELECTRÓNICA EN ESTE ACTO, POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO QUE TIENEN INGERENCIA EN ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, LAS CUALES SE TRANSCRIBEN ÍNTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE QUE LA FORMULA, Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, ANEXÁNDOSE AL EXPEDIENTE DE ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS LOS FORMATOS ENTREGADOS POR LOS PARTICIPANTES QUE CONTIENEN ÉSTAS:-----

No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA NUMERAL 11 SUBNUMERAL 11.6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON UNA FECHA DE EMISIÓN NO MAYOR A 3 DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE RETRASAR LA CARGA DE LA PROPUESTA EN EL SISTEMA COMPRANET ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA
2	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 30	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA PRESENTAR EL DOF PUBLICADO EL 07-JUL-2025, DONDE DAN A CONOCER LOS "LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.", SOLO PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, IDENTIFICÁNDOLOS DEBIDAMENTE SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE IDENTIFIQUEN DE MANERA CLARA Y CORRECTA LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.
3	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA NUMERAL 32 SUBNUMERAL 32.13	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, PODEMOS PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 2015 EN SERVICIOS INTEGRALES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
4	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LEYENDA DE "NO APLICA" EN MARCA DE AGUA EN DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES 43.9 RELACIÓN COMERCIAL	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, PODREMOS PRESENTAR ESCRITO EN FORMATO LIBRE FIRMADO EN PAPEL MEMBRETADO POR EL FABRICANTE, FILIAL EN MÉXICO, TITULAR DE REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR PARA ACREDITAR LA RELACIÓN COMERCIAL CON MI REPRESENTADA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SU PROPUESTA



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
6	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA NUMERAL 11 SUBNUMERAL 11.7	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, DEBEMOS PRESENTAR ULTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2024 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2025 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
7	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 30.11	ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBIDO A LA NATURALEZ DEL SERVICIO Y A LA INFORMACION QUE SE MANEJA DENTRO DEL HOSPITAL, LOS LICITANTES ADEMAS DE PRESENTAR EL ISO 9001 EN SERVICIOS INTEGRALES, SE ADJUNTARA EL CERTIFICADO ISO 27001 EN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CON ALCANCE EN DATOS HOSPITALARIOS, DE PACIENTES O EL ÁMBITO DE LA SALUD EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION QUE INCLUYE DATOS HOSPITALARIOS, DATOS DE PACIENTES Y DATOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DEL SERVICIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SON OBLIGATORIOS LOS CERTIFICADOS LISTADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SIN EMBARGO, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO EL CERTIFICADO ISO 27001 PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
8	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TÉRMINOS Y CONDICIONES	DICE: 40. ESTE SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN - ARTROSCOPIA INCLUYE: 40.12. LOS EQUIPOS DEBERÁ ENCONTRARSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ESTAR VIGENTE EN EL PORTAFOLIO/CATÁLOGO DE PRODUCTOS DEL FABRICANTE, NO ESTAR DESCONTINUADO POR EL MISMO FABRICANTE, LA FECHA DE FABRICACIÓN NO DEBERÁ SER SUPERIOR A 6 AÑOS Y CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, DEBIENDO SER COMPATIBLES CON EL CATÁLOGO INSTITUCIONAL (CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MÉDICO IMSS VIGENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN) O INTERINSTITUCIONAL CUADRO BÁSICO INTERINSTITUCIONAL O LAS CÉDULAS TÉCNICAS DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD Y HABER SIDO ENSAMBLADO DE MANERA INTEGRAL EN EL PAÍS DE ORIGEN. Y 30.7. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PRÓTESTA DECIR VERDAD EN FORMATO LIBRE, DONDE MANIFIESTE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS CUENTAN CON UNA FECHA DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A SEIS AÑOS. PREGUNTA:	SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES APAGARSE ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN BASES COMO MÍNIMO, NO SE ESTA SOLICITANDO NECESARIAMENTE EQUIPO NUEVO, SOLO EQUIPO CON UN TIEMPO DE FABRICACIÓN COMO MÁXIMO DE 6 AÑOS.

J
A
A
X



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTEMENTE DEL AÑO DE FABRICACIÓN, LO ANTERIOR, CONSIDERANDO LA FECHA DE VIGENCIA DEL CONTRATO QUE ES DE 3 MESES, EL PLAZO DE LA ENTREGA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS QUE ES DE 7 DÍAS NATURALES, TENIENDO EN CUENTA QUE AL OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO, EL CUAL EN VARIOS CASOS ES MAQUILADO Y ENSAMBLADO EN EL CONTINENTE EUROPEO, LOS DIFERENTES FABRICANTES ACTUALMENTE CUENTAN CON UN TIEMPO DE ENTREGA MAYOR AL SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA (QUE VA DE 60 A 90 DÍAS NATURALES. Y DE ESTA MANERA, NO AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
9	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y TÉRMINOS Y CONDICIONES	<p>EN EL DOCUMENTO DE "CONVOCATORIA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS" DICE:</p> <p>1.6. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO, INDICANDO EN SU CASO, EL CALENDARIO Y PROGRAMA DE ENTREGAS QUE CORRESPONDA.</p> <p>LOS PRIMEROS SIETE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ LAS TORRES DE VISUALIZACIÓN DE ARTROSCOPIA Y EL EQUIPO MÉDICO COMPLEMENTARIO.</p> <p>Y EN DOCUMENTO DE "TERMINOS Y CONDICIONES":</p> <p>2. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO, INDICANDO EN SU CASO, EL CALENDARIO Y PROGRAMA DE ENTREGAS QUE CORRESPONDA.</p> <p>2.1. LOS PRIMEROS SIETE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ LAS TORRES DE VISUALIZACIÓN DE ARTROSCOPIA Y EL EQUIPO MÉDICO COMPLEMENTARIO.</p> <p>Y</p> <p>43.11. ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE COMPROMETE A INICIAR EL SERVICIO A PARTIR DEL DÍA 05 POSTERIOR AL FALLO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>¿SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA EL CASO</p>	<p>CON LA FINALIDAD DE NO AFECTAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES APEGARSE ESTRICTAMENTE A LOS PLAZOS SOLICITADOS EN LAS BASES.</p>





No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>DE EQUIPO NUEVO, NOS PERMITA UN TIEMPO DE 60 HASTA 90 DÍAS MAXIMO, POSTERIOR AL FALLO, TENIENDO EN CUENTA QUE AL OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO, EL CUAL EN VARIOS CASOS ES MAQUILADO Y ENSAMBLADO EN EL CONTINENTE EUROPEO, LOS DIFERENTES FABRICANTES ACTUALMENTE CUENTAN CON UN TIEMPO DE ENTREGA MAYOR AL SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
10	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y TÉRMINOS Y CONDICIONES	<p>12.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA DICE: 12.2.1. LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: B) ACOMPAÑADA DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO OFERTADO: EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLE.</p> <p>Y</p> <p>13. PROPOSICIÓN TÉCNICA DICE: 13.1. LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 13.1.2 ACOMPAÑADA DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO OFERTADO: EQUIPOS MÉDICOS, INSTRUMENTALES Y CONSUMIBLES.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CATÁLOGOS RECORTADOS ÚNICAMENTE CON LAS PÁGINAS EN DONDE SE SE CORROBORAN LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO OFERTADO.</p> <p>ESTO DEBIDO A QUE HAY CATÁLOGOS MUY EXTENSOS QUE PUEDEN DIFICULTAR SU MANIPULACIÓN, DEBIDO A SU TAMAÑO, EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS EN EL SISTEMA COMPRAS MX.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE QUE SEA VISIBLE PARA TÉRMINOS DE CORROBORAR QUE LA INFORMACIÓN PERTENECE AL MISMO EQUIPO OFERTADO, PAGINA, NOMBRE Y NUMERO DE CATALOGO O FOLLETO.
11	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y TÉRMINOS Y CONDICIONES	<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO QUE APARECEN EN LOS "ANEXO 5 PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA" Y "ANEXO T1 (T UNO)" SE DEBEN INTEGRAR AL FINALIZAR LAS LINEAS DEL "ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Handwritten marks and signatures on the right margin.





No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>CONSUMO BÁSICOS" COMO "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS"</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	
12	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y TÉRMINOS Y CONDICIONES	<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, CUAL ES EL ANEXO T2 "DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO PARA LA CIRUGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN - ARTROSCOPIA:" QUE DEBEMOS UTILIZAR COMO PARTE DE NUESTRA PROPOSICIÓN TÉCNICA, YA QUE NO HAY CONCORDANCIA EN LOS PUNTOS QUE SE PRESENTAN EN EL ANEXO T2 DEL ARCHIVO "TERMINOS Y CONDICIONES" QUE TIENE LAS SIGUIENTES LÍNEAS:</p> <p>7.1.3.1 ADELANTE. 7.1.3.3 OSCILATORIO.</p> <p>CON LAS PRESENTADAS EN EL ANEXO T2.1 DEL ARCHIVO "CONVOCATORIA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS" DONDE NO SE INCLUYEN.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>EL ANEXO T2 DEL ARCHIVO "TERMINOS Y CONDICIONES" Y EL ANEXO T2.1 DEL ARCHIVO "CONVOCATORIA", SE ENCUENTRAN HOMOLOGADOS Y EN AMBOS SE IDENTIFICAN LAS SIGUIENTES LINEAS: 7.1.3.1 ADELANTE. 7.1.3.3 OSCILATORIO</p>
13	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO	<p>PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2.</p> <p>TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCAMARA, FUENTE DE LUZ, SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN, RASURADOR, SISTEMA DE ABLACION.</p> <p>DICE: "1.3.4 CCD O DIGITAL,"</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.3.4 CCD O DIGITAL O 3MOS"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES A LA ENDOCÁMARA QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
14	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO	<p>PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2.</p> <p>TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCAMARA, FUENTE DE LUZ, , SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN, RASURADOR, SISTEMA DE ABLACION.</p> <p>DICE:</p> <p>"1.3.5 SETECIENTAS LÍNEAS DE RESOLUCIÓN HORIZONTAL O MAYOR."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"1.3.5 SETECIENTAS LÍNEAS DE RESOLUCIÓN HORIZONTAL O MAYOR O RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 CON RADIO DE 16:9"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES A LA ENDOCÁMARA QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
15	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO	<p>PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2.</p> <p>TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCAMARA, FUENTE DE LUZ, , SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN, RASURADOR, SISTEMA DE ABLACION.</p> <p>DICE:</p> <p>"1.3.6 SENSIBLE A INTENSIDAD DE LUZ DE 1 A 3 LUXES."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"1.3.6 SENSIBLE A INTENSIDAD DE LUZ DE 1 A 3 LUXES O CONTROL AUTOMÁTICO DEL OBTURADOR Y GANANCIA"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES A LA ENDOCÁMARA QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
16	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO	<p>PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2.</p> <p>TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCAMARA, FUENTE DE LUZ, , SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN, RASURADOR, SISTEMA DE ABLACION.</p> <p>DICE:</p> <p>"1.3.9 CON AUMENTO DE FOTOSENSIBILIDAD AUTOMÁTICO."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"1.3.9 CON AUMENTO DE FOTOSENSIBILIDAD AUTOMÁTICO O REGULACIÓN AUTOMÁTICA SIMULTÁNEA DE LA LUMINOSIDAD"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES A LA ENDOCÁMARA QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
17	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO	<p>PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2.</p> <p>TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCAMARA, FUENTE DE LUZ, , SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN, RASURADOR, SISTEMA DE ABLACION.</p> <p>SISTEMA RASURADOR:</p> <p>DICE:</p> <p>"7.1.1 MOTOR DENTRO DEL RANGO DE 6000 A 12000 RPM."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"7.1.1 MOTOR DENTRO DEL RANGO DE 6000 A 12000 RPM O DE 5000 A</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

A
H
S

9



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				10000 RPM." TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA RAZURADOR QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA. ¿SE ACEPTA?	
18	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.1 FICHA TECNICA-EQUIPO MEDICO	531.072.0064 EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN - ARTROSCOPIA: INCLUYE: SISTEMA RASURADOR: DICE: "7.1.1 MOTOR DENTRO DEL RANGO DE 6000 A 12000 RPM." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "7.1.1 MOTOR DENTRO DEL RANGO DE 6000 A 12000 RPM O DE 5000 A 10000 RPM." TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA RAZURADOR QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

Handwritten mark at the bottom right.



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
19	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO	<p>PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2.</p> <p>TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCAMARA, FUENTE DE LUZ, , SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN, RASURADOR, SISTEMA DE ABLACION.</p> <p>SISTEMA RASURADOR:</p> <p>DICE:</p> <p>"7.1.2.2 ESTÁNDAR."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"7.1.2.2 ESTÁNDAR. O MULTIPOSICIONAMIENTO"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA RAZURADOR QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
20	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.1 FICHA TECNICA-EQUIPO MEDICO	<p>531.072.0064 EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN - ARTROSCOPIA: INCLUYE:</p> <p>SISTEMA RASURADOR:</p> <p>DICE:</p> <p>"7.1.2.2 ESTÁNDAR."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"7.1.2.2 ESTÁNDAR. O MULTIPOSICIONAMIENTO"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA RAZURADOR QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
21	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO	<p>PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2.</p> <p>TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCAMARA, FUENTE DE LUZ, , SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN, RASURADOR, SISTEMA DE ABLACION.</p> <p>SISTEMA RASURADOR:</p> <p>DICE:</p> <p>乍盾痲磨蕪弛破彭 ñ ñ</p> <p>TAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"7.1.4 CON PEDAL DE CONTROL (OPCIONAL)"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA RAZURADOR QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
22	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO	<p>PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2.</p> <p>TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCAMARA, FUENTE DE LUZ, , SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN, RASURADOR, SISTEMA DE ABLACION.</p> <p>DICE:</p> <p>"7.3 SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA PARA ARTROSCOPIA CON PEDAL"</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"7.3 SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA O COBLACIÓN CON PEDAL"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

Handwritten blue marks and signatures on the right side of the page.





No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
23	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.1 FICHA TECNICA-EQUIPO MEDICO	<p>531.072.0064 EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN - ARTROSCOPIA: INCLUYE:</p> <p>DICE:</p> <p>"7.3 SISTEMA DE ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA:"</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"7.3 SISTEMA DE ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA O DE COBLACIÓN O SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
24	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO	<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO ENLISTADO EN EL "ANEXO T2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO PARA LA CIRUGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN - ARTROSCOPIA: " Y EL EQUIPO ENLISTADO EN EL "ANEXO T2.1 FICHA TECNICA- EQUIPO MEDICO PARA LA CIRUGIA Y PROCEDIMIENTO DE MINIMA INVASION", EN LOS CUALES SE REPITEN DESCRIPCIONES DE EQUIPOS, NO MODIFICAN LA CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS PARA ESTE EVENTO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LO REFERIDO EN EL ANEXO T2 PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2. FAVOR DE ACLARAR.</p>	FAVOR DE APEGARSE A LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
25	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO	<p>SET DE CIRUGÍA DE HOMBRO.</p> <p>DICE:</p> <p>TIJERAS PARA SUTURA, DOBLE GANCHO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>TIJERA O CORTADOR DE SUTURA CON EXTREMO ABIERTO O CERRADO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
26	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO	<p>SET DE CIRUGÍA DE HOMBRO.</p> <p>DICE:</p> <p>MANIPULADOR DE NUDOS, ABIERTO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>MANIPULADOR DE NUDOS, ABIERTO O CERRADO</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

J
 e
 H
 8



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
27	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO	<p>SET DE CIRUGÍA DE HOMBRO.</p> <p>DICE:</p> <p>BARRA DE CAMBIO/ AGUJA WISINGER.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>BARRA DE CAMBIO/ AGUJA O VARILLA WISINGER.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
28	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO	<p>SET DE CIRUGÍA DE HOMBRO.</p> <p>DICE:</p> <p>BARRA PARA CIRUGÍA DE HOMBRO, 4.5 MM.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>BARRA O PALO PARA CIRUGÍA DE HOMBRO, DE 4.3 A 4.5 MM.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
29	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO	<p>SET DE CIRUGÍA DE RODILLA CON Y SIN IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>SUJETADOR DE SUTURA CON TENSÍOMETRO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SUJETADOR O TORNILLO DE SUTURA CON TENSIOMETRO</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
30	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO	<p>SET DE CIRUGÍA DE RODILLA CON Y SIN IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>TENOTOMO CERRADO Y ABIERTO, 6.4 MM X 12" DE LONGITUD DE TRABAJO</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>TENOTOMO CERRADO Y ABIERTO, 5 A 6.4 MM X 12" DE LONGITUD DE TRABAJO</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

Handwritten marks and signatures on the right margin of the page.



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
31	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO	<p>SET DE CIRUGIA DE RODILLA CON Y SIN IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>RASPA TIBIAL, LCP.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>RASPA O ESCOFINA TIBIAL, LCP.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
32	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS"	<p>10.01.002 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO SIN IMPLANTE.</p> <p>10.01.004 ARTROSCOPIA DE HOMBRO.</p> <p>10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE.</p> <p>10.01.010 ARTROSCOPIA DE RODILLA.</p> <p>10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE.</p> <p>10.01.012 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>MANGUERA PARA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN, LONGITUD DE 250 CM., O MAYOR, ESTÉRIL.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>MANGUERA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN (COMPATIBLE CON LA BOMBA DE IRRIGACIÓN OFERTADA)</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES A LA MANGUERA QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LA CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

Handwritten marks and signatures on the right margin of the page.





No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
33	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS"	<p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.002 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO SIN IMPLANTE. 10.01.004 ARTROSCOPIA DE HOMBRO. 10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE. 10.01.010 ARTROSCOPIA DE RODILLA. 10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE. 10.01.012 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>DISCO CD O DVD O ALMACENAMIENTO USB PARA CUBRIR EL EVENTO, SEGÚN EL EQUIPO OFERTADO, COMPATIBLE CON HARDWARE INSTITUCIONAL</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>DISCO CD O DVD O ALMACENAMIENTO USB PARA CUBRIR EL EVENTO, SEGÚN EL EQUIPO OFERTADO</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, EL CUAL NO HA PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA Y SE DEBERÁ REALIZAR RESPALDO EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTOS USB LOS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADOS AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FORMA MENSUAL.</p>
34	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS"	<p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.002 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO SIN IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.0 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCIÓN AGRESIVA DE HUESO</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.0 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCIÓN AGRESIVA DE HUESO DESDE 2 MM.</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>

Handwritten signatures and initials on the right margin.



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
35	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS"	<p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.002 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO SIN IMPLANTE. 10.01.012 ARTROSCOPIA DE MUÑECA/CODO/TOBILLO CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR ANGULADA O RECTA U OVAL, PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SONDA, PUNTA O VARA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR, BIPOLAR O COBLACIÓN ANGULADA O RECTA U OVAL, PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

[Handwritten signatures and initials]



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
36	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS"	<p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.004 ARTROSCOPIA DE HOMBRO. 10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE. 10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR, RECTA O ANGULADA DESDE 60° 90</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SONDA, PUNTA O VARA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR O COBLACIÓN, RECTA O ANGULADA DESDE 60° 90</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
37	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS"	<p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.010 ARTROSCOPIA DE RODILLA.</p> <p>DICE:</p> <p>SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR ANGULADA DESDE 60° A 90°</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SONDA, PUNTA O VARA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR O COBLACIÓN, RECTA O ANGULADA DESDE 60° 90</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

J
 L
 P
 /
 8

9



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				¿SE ACEPTA?	
38	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS"	<p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR, ANGULADA O RECTA DESDE 60° A 90°</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SONDA, PUNTA O VARA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR O COBLACIÓN, RECTA O ANGULADA DESDE 60° 90</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
39	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS"	<p>¿SE ACEPTA?</p> <p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICO FEMORAL. MAS TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 20 A 30 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA. O</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICO FEMORAL. MAS TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE O ABSORBIBLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

Handwritten marks and signatures on the right margin.



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 20 A 30 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA. O</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
40	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS"	<p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL PARA LCA Y LCP CON CUATRO PUNTOS DE BLOQUEO O BOTON O SISTEMA DE SUSPENSION PARA FIJACION CORTICAL FEMORAL DIFERENTES LONGITUDES. TORNILLO DE INTERFERENCIA DE TITANIO DE ROSCA NO CORTANTE 7MM X 25MM A 9MM X 25 O TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPATIBLE DE 7MM A 10MM X 25MM O 30MM. SET DE GUÍAS PARA PERFORACIÓN DE TÚNELES TIBIAL Y FEMORAL CON Y SIN OJAL.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL PARA LCA Y LCP CON CUATRO PUNTOS DE BLOQUEO O BOTON O SISTEMA DE SUSPENSION PARA FIJACION CORTICAL FEMORAL DIFERENTES LONGITUDES. TORNILLO DE INTERFERENCIA DE TITANIO DE ROSCA NO CORTANTE 7MM X 25MM A 9MM X 25 O TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPATIBLE O ABSORBIBLE DE 7MM A 10MM X 25MM O 30MM. SET DE GUÍAS PARA PERFORACIÓN DE TÚNELES TIBIAL Y FEMORAL CON Y SIN OJAL.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

A
P
A
8



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
41	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS"	<p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTÍA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 20 A 30 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA. ELECCIÓN DEL CIRUJANO O</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE O ABSORBIBLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTÍA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 20 A 30 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA. ELECCIÓN DEL CIRUJANO O</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '8' and several illegible signatures.



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
42	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	<p>EN EL COMPLEMENTO:</p> <p>10.01.901</p> <p>DICE:</p> <p>TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTÍA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 25 A 35 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE O ABSORBIBLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTÍA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 25 A 35 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
43	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	<p>EN EL COMPLEMENTO:</p> <p>10.01.905</p> <p>DICE:</p> <p>TORNILLO DE REVISIÓN.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>TORNILLO DE REVISIÓN O TORNILLO DE INTERFERENCIA.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA

[Handwritten signatures and initials]



No.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				¿SE ACEPTA?	
44	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	<p>EN EL COMPLEMENTO:</p> <p>10.01.907</p> <p>DICE:</p> <p>SISTEMA DE CORTICO FEMORAL DE REVISIÓN.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SISTEMA DE CORTICO FEMORAL DE REVISIÓN O DISPOSITIVO DE FIJACIÓN</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
45	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	<p>EN EL COMPLEMENTO:</p> <p>10.01.911</p> <p>DICE:</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN DEL REBORDE GLENOIDEO, CON CABEZA DE 2.8 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO Y DE 20 A 30MM., DE LONGITUD, CANULADO, BIODEGRADABLE. PZA.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN DEL REBORDE GLENOIDEO, CON CABEZA DE 2.8 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO Y DE 10 A 30MM., DE LONGITUD, CANULADO, PZA. O SISTEMA DE FIJACIÓN DEL REBORDE GLENOIDEO PARA REPARACION DE BANKART Y SLAP, DE 2.8 MM A 3 X 10.7 MM A 11.7 MM.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA








DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE CUENTA CON UN PERIODO DE 6 HORAS MISMAS QUE VENCEN A LAS 17:00 HORAS DEL DIA DE INICIO DE LA PRESENTE ACTA A FIN DE FORMULAR LAS REPREGUNTAS QUE CONSIDERE NECESARIO EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS REMITIDAS POR ESTA CONVOCANTE. -----

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
UNIDAD CONVOCANTE	
 MTRA. MIRIAM LEZAMA HERRERA DIRECTORA ADMINISTRATIVA UMAE HTO PUEBLA	 MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UMAE HTO PUEBLA
 ING. ROSALBA GARCÍA GONZALEZ JEFA DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA UMAE HTO PUEBLA	 LIC. ALICIA ROSALES PELAEZ JEFA DE OFICINA DE LO CONSULTIVO UMAE HTO P
 LIC. GABRIELA GARCÍA SAINOS ANALISTA SUPERVISOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES UMAE HTO P	 ING. ARIADNA YAMEL MORALES MONTIEL JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO UMAE HTO P
 LIC. NELÍA ROSAS MENDO JEFA DE GRUPO DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES EN PUEBLA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

