

EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD CENTRO MÉDICO NACIONAL "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO", HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO IA-050GYR091-E120-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO ELECTROMÉDICO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, EN ESTA VIRTUD, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

#### ANTECEDENTES

EN OBSERVACIÓN AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 39, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 39, 42, 46 Y 48 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO IA-050GYR091-E120-2022, PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET) EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-----

#### DESARROLLO DEL EVENTO

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33 BIS PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE INVITACIÓN, LOS LICITANTES QUE PUEDEN FORMULAR ACLARACIONES DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.-----

A CONTINUACIÓN SE ENLISTA A LOS PARTICIPANTES A LA INVITACIÓN QUE SE REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET:-----

	Remitente	Fecha
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	09/08/2022

#### DESARROLLO DEL EVENTO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL PUNTO 4 DE LAS BASES, SE PROCEDIO A DAR LECTURA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE LOS LICITANTES HAN FORMULADO Y PRESENTARON EN FORMA ELECTRÓNICA EN ESTE ACTO, CON SU RESPECTIVA RESPUESTA POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO QUE TIENEN INGERENCIA EN ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, LAS CUALES SE TRANSCRIBEN ÍNTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA, Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, ANEXÁNDOSE AL EXPEDIENTE DE ESTA INVITACIÓN LOS FORMATOS ENTREGADOS POR LOS LICITANTES QUE CONTIENEN ÉSTAS, RUBRICADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN ESTE ACTO:-----



AMC BIOMEDICAL SA DE CV		
Número	Preguntas	Respuestas
1	3. "Numeral 2.1 CALIDAD Solicitamos Amablemente A La Convocante, en caso de que un insumo no Requiera Registro Sanitario Nos Permita Presentar El "Acuerdo Expedido Por La Secretaria De Salud, Publicado En El Diario Oficial, De Fecha 22 De Diciembre De 2014, Sección Segundo, Anexo Dos., Listado De Insumos Para La Salud Considerados Como De Bajo Riesgo Para Efectos De Obtención Del Registro Sanitario, Y De Aquellos Productos Que Por Su Naturaleza, Características Propias Y Uso No Se Consideran Como Insumos Para La Salud Y Por Ende No Requieren Registro Sanitario." ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
2	En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar únicamente las hojas de las partidas que apliquen del Acuerdo Expedido por la Secretaria de Salud, debidamente referenciadas por número de partida y clave ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
3	Numeral 7.2 " II. En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes." Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar únicamente las partidas del catálogo a las que corresponda. ¿Se acepta?	PARA EL CASO SE ACEPTA SU PROPUESTA ANEXANDO TAMBIÉN LA HOJA DE PORTADA DEL CATÁLOGO.
4	7. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar un escrito bajo protesta de decir verdad en caso de que alguno de los requisitos solicitados en la presente convocatoria no le apliquen a mi representada ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
5	Partida 3: CIRCUITO DESECHABLE CIRCULAR PARA VENTILACION DE PACIENTE ADULTO. INCLUYE: CODO, MANGUERA DE VENTILACION MANUAL CON CONECTOR RAPIDO (LONGITUD: 1.5 M), MANGUERA DE VENTILACION (LONGITUD: 1.0 M), BOLSA LIBRE DE LATEX (CAPACIDAD: 2 LITROS). Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si el circuito que requiere es de anestesia o de ventilación	ES UN CIRCUITO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA GE
6	En caso de ser circuito de ventilación, solicitamos amablemente nos permita ofertar un circuito completo de ventilación sin bolsa ¿se acepta?	REFERIRSE A LA RESPUESTA A SU PREGUNTA TECNICA NÚMERO 1
7	En caso de ser circuito de ventilación, solicitamos amablemente a la convocante nos especifique las características con las que requiere el circuito.	REFERIRSE A LA RESPUESTA A SU PREGUNTA TECNICA NÚMERO 1
8	Partida 5: CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA PARA PACIENTE ADULTO ANESTESIA SET FLEX SIN LATEX. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00301. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE .531.053.0356.05.01 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA Solicitamos Amablemente A La Convocante Nos Permita Ofertar Un Insumo Con Las Mismas Características, Con El Fin De No Limitar La Participación ¿se acepta?	SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SE ACEPTA QUE PRESENTE SU OFERTA Y ESTA SERÁ EVALUADA EN TERMINOS DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO. SE ACEPTAN CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES, PERO NO INFERIORES.
9	Partida 9: RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE CON MANOMETRO Y VALVULA PEEP. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056028. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON	SE REQUIERE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO DETERMINADA EN LA PRESENTE INVITACIÓN.

AMC BIOMEDICAL SA DE CV		
Número	Preguntas	Respuestas
	DESFIBRILADOR- Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un insumo con las mismas características o superiores dentro de las cuales se incluya bosa fabricada lo que la hace mas ligera , texturizada para un mejor agarre, con agarradera, puerto MDI en ángulo que permite la aplicación de medicamento en aerosol , esto con el fin de no limitar la participación	
10	Partida 14: ELECTRODO. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si el insumo que se requiere es electrodo para ECG. Favor de aclarar.	ES CORRECTO, SE REFIERE A ELECTRODO PARA ECG.
11	Partida 21 CABLE TRONCAL PARA OXIMETRIA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DOC-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI. Solicitamos amablemente a al convocante nos permita ofertar cable completo de SPO2, compatible con el equipo Marca: Welch Allyn. Modelo: Connex Vsm 6000/Spot Lxi. ¿Se acepta?	SE REQUIERE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO DETERMINADA EN LA PRESENTE INVITACIÓN.
12	Partida 25: CABLE TRONCAL PARA EEG CON LONGITUD DE: 2.7M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M2268A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE  Solicitamos Amablemente A La Convocante Nos Permita Ofertar Cable Completo Para oximetría, Compatible Con Marca: Philips. Modelo: Intellivue. ¿Se acepta?	SE REQUIERE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO DETERMINADA EN LA PRESENTE INVITACIÓN.
13	Partida 27: FILTRO BACTERIAL / VIRAL CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD TWINSTAR55 ADULTO. PRESENTACION: 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01805. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: Solicitamos Amablemente A La Convocante Nos Permita Ofertar Un Insumo Con Las Mismas Características, Con El Fin De No Limitar La Participación ¿Se acepta?	SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SE ACEPTA QUE PRESENTE SU OFERTA Y ESTA SERÁ EVALUADA EN TERMINOS DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO. SE ACEPTAN CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES, PERO NO INFERIORES
14	Partida 33: MANGUITO PARA PNI REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO. DE 27.5 A 36 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M4555B. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: PHILIPS. MODELO:  Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el insumo requerido es de una o de dos vías. Favor de aclarar	EL BRAZALETE REQUERIDO ES DE UNA SOLA VÍA CON EL ADAPTADOR DE COENXIÓN A LA MANGUERA DE PNI PHILIPS.





DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 46 INCISO II DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE CUENTA CON UN PERIODO QUE VENCE A LAS 17:00 HORAS DEL DIA TRECE DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FIN DE FORMULAR LAS REPREGUNTAS QUE CONSIDERE NECESARIO EN RELACION A LAS RESPUESTAS REMITIDAS POR ESTA CONVOCANTE. -----



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



**Unidad Médica de Alta Especialidad**  
Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla  
Dirección Administrativa  
Departamento de Abastecimiento  
**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**IA-050GYR091-E120-2022**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
UNIDAD CONVOCANTE	
 LCC. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO	 ING. ROSALBA GARCIA GONZALEZ JEFA DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA
 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	 LIC. GABRIELA GARCIA SAINOS ANALISTA SUPERVISOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES