



Instituto Mexicano del Seguro Social
 Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
 U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
 TRATADOS ELECTRÓNICA
 NO. LA-050GYR091-E171-2022
 ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
 PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
 UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
 HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
 GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
 DICIEMBRE DE 2023

EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE ESTA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, CENTRO MÉDICO NACIONAL "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO", HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE, SIN NÚMERO, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, CÓDIGO POSTAL 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA EMISION DEL FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NUMERO **LA-050GYR091-E171-2022**, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA Y DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN, HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC, Y PARA CUBRIR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023".-----

EL PRESENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, SE LLEVA A CABO DE ACUERDO AL RESULTADO DEL LA EVALUACIÓN MEDICO, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL QUE SIRVIÓ COMO BASE PARA EMITIR EL PRESENTE RESULTADO; EN ESTA VIRTUD EL PRESENTE EVENTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, SE REALIZA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

ANTECEDENTES

PRIMERO: EN OBSERVACIÓN AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; 39, 42, 43 Y 48 DE SU REGLAMENTO; LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO LA-050GYR091-E171-2022, MEDIANTE **CONVOCATORIA N° 009**, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET) EL DIA **01 DE DICIEMBRE DE 2022**.

SEGUNDO: SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABECEN LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE LES INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE FORMULARON ACLARACIONES Y PRESENTARON UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, EL DIFERIMIENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET.-----

TERCERO: SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABECEN LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE LES INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE FORMULARON ACLARACIONES Y PRESENTARON UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, SE DIO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS QUE SE REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET.-----

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

CUARTO.- CON FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 8 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE PROCEDIO A DAR RESPUESTAS A LAS REPREGUNTAS ENVIADAS POR LA PROVEEDURIA ASÍ COMO HACER PRECISIONES GENERALES A LAS BASES, CON LO CUAL SE DIO POR TERMINADA LA JUNTA DE ACLARACIONES.-----

QUINTO.- CON FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS SIENDO LAS DOCE HORAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 6 FECHA, HORA, DOMICILIO DE LOS EVENTOS, MEDIO DE PARTICIPACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EL NUMERAL 9. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE LLEVO A CABO EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.---

DESARROLLO DEL EVENTO

SEXTO: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 6 "FECHA, HORA, DOMICILIO DE LOS EVENTOS, MEDIO DE PARTICIPACIÓN Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES" DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, LA LIC. GABRIELA GARCÍA SAINOS.- ANALISTA SUPERVISOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES, EL LIC. ARTURO DAMAZO CESAR.- JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES, LA LIC. ALICIA ROSALES PELAEZ.- ENCARGADA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA, L.A. NELIA ROSAS MENDO.- JEFA DE GRUPO, ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES REGIÓN 7 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LA ING. ARIADNA YAMEL MORALES MONTIEL.- JEFA DE LA OFICINA DEL CONTROL DEL ABASTO Y EL LIC. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMEINTO, DECLARA FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO POR LO QUE SE PROCEDE A EMITIR EL FALLO. -----

FALLO

SÉPTIMO.-POSTERIOR A LA DESCARGA DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES, SE PROCEDIÓ A EVALUARLAS DE MANERA CUANTITATIVA PARA QUE CUMPLIERAN CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA PROPUESTA TÉCNICA, DÁNDOSE A CONOCER EN EL "ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS ECONÓMICAS" DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, LOS MONTOS DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS OFERTADAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34, 35 FRACCIÓN I Y 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 47 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL 9 DE LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE LICITACIÓN, REALIZANDO LA SIGUIENTE EVALUACION CUALITATIVA. -----

OCTAVO.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 BIS FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y COMO SE DEJÓ ASENTADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO LA-050GYR091-E171-2022, "MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia PUEBLA Y DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN, HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC. PARA CUBRIR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023", MISMO QUE SE APLICÓ CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 EN LO RELATIVO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, DE LA LAASSP, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 12 "12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS" A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN LAS OFERTAS QUE RESULTARON DESECHADAS DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN TÉCNICA.-----

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

PROPUESTAS DESECHADAS

RAZÓN SOCIAL	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE SISTEMA	CLAVE Y DESCRIPCIÓN	MOTIVACIÓN	FUNDAMENTO
QUIRORT SA DE CV	2.17 20.REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	060.747.5985TORNILLOS PARA FIJACION DE CONCHA ACETABULAR PARA PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACION DE TITANIO. LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN LA CLAVE 060.747.5985. EN SU REGISTRO SANITARIO NO.1525C925SA EN LA HOJA 461 Y 462 LA DESCRIPCIÓN DEL TORNILLO PRESENTA DOS LONGITUDES DISTINTAS PARA CADA UNA DE LAS MEDIDAS REQUERIDAS, ADEMÁS QUE NO ESPECIFICA SER PARA CADERA NO CEMENTADA, POR LO QUE NO EXISTE CONGRUENCIA CONTRA EL CATALOGO OFRECIDO Y LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BASICO.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	20.REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	060.747.2115CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PRÓTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA	EN SU REGISTRO SANITARIO NO.1525C925SA EN LA HOJA 532 NO ESPECIFICA TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	20.REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	060.747.2149CABEZAS INTERCAMBIABLES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTE EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. PIEZA	EN SU REGISTRO SANITARIO NO.1525C925SA EN LA HOJA 532 NO ESPECIFICA TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	20.REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	060.748.1132COMPONENTES ACETABULARES METALICOS PARA INSERTAR A PRESION, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR CON O SIN ANILLOS ECUATORIALES. DIAMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN SU REGISTRO SANITARIO NO.1525C925SA EN LA HOJA 533 NO ESPECIFICA DIAMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	20.REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	060.746.9715COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS. COMPONENTES FEMORALES, CON CONO 12-14, ÁNGULO CÉRVICO DIAFISIARIO EN EL RANGO DE 125 A 145 GRADOS Y ADITAMENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO: DE 5.0 MM A 20.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	NO ESPECIFICA ANCHO: DE 5.0 MM A 20.0 MM. EN EL RS 1525C925SA, PAG. 532	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	20.REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	060.748.4169ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON O SIN CEJA DE 10 A 20 GRADOS, ALAMBRE RADIOPACO ECUATORIAL Y/O POLAR DE FORMA SEMIESFÉRICA, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM Ø 28 MM, ESTÉRIL. DIÁMETRO EXTERNO DE: 36.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	EN SU REGISTRO SANITARIO NO.1525C925SA EN LA HOJA 534 NO ACREDITA EL DIÁMETRO EXTERNO DE: 36.0 MM A 60.0 MM.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
BOUNES SA DE CV	20.REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	060.746.9947INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION, CON DIAMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METALICA. DIAMETRO EXTERNO: DE 46.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO, EN EL FOLIO 0722 REFERENCIA LA CLAVE 060.746.9947 DEL REGISTRO SANITARIO 2732C2018 SSA; SIN EMBARGO, SOLO PRESENTA DISPOSITIVOS METÁLICOS.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
BOUNES SA DE CV	20.REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	060.746.9962INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION, CON DIAMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METALICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS SEÑALADAS. DIAMETRO EXTERNO: DE 50.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO, EN EL FOLIO 0722 REFERENCIA LA CLAVE 060.746.9947 DEL REGISTRO SANITARIO 2732C2018 SSA; SIN EMBARGO, SOLO PRESENTA DISPOSITIVOS METÁLICOS.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	22. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA REVISIÓN	060.748.5752VÁSTAGO PARA REVISIÓN MODULAR CON FIJACIÓN DISTAL SEMICÓNICA Y SISTEMA ANTIRROTACIONAL, MÓDULO METAFISIARIO Y CABEZA MODULAR, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 12.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	NO ESPECIFICA DIÁMETRO DE: 12.0.0 MM A 25.0 MM. EN EL RS 1525C925SA, PAG. 486	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN,



Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

RAZÓN SOCIAL	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE SISTEMA	CLAVE Y DESCRIPCIÓN	MOTIVACIÓN	FUNDAMENTO
QUIRORT SA DE CV	22. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA REVISIÓN	060.898.2211TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 6 MM Y DE 6.5 MM. LONGITUD DE 20.0 MM A 40.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA	NO ESPECIFICA LONGITUD DE 20.0 MM A 40.0 MM RS1525C92SSA, PAG. 539	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP. NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	22. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA REVISIÓN	060.747.0101VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	NO ESPECIFICA DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM RS 1525C92SSA, PAG. 532	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP..
QUIRORT SA DE CV	23 A. ANILLOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR	060.067.0111ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA	NO ESPECIFICA DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM EN EL RS 1525C92SSA, PAG. 476	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP..
QUIRORT SA DE CV	23 A. ANILLOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR	060.898.2211TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 6 MM Y DE 6.5 MM. LONGITUD DE 20.0 MM A 40.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA	NO ESPECIFICA LONGITUD DE 20.0 MM A 40.0 MM EN EL RS 1525C92SSA, PAG. 538	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP..
QUIRORT SA DE CV	25. RODILLA UNIVERSAL O ANATÓMICA	060.747.0796 BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORIADO, CON ENTRADA PARA VÁSTAGO INTERCAMBIABLE. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE. PIEZA	EN EL REGISTRO SANITARIO NO. 2114C2018 SSA NO ESPECIFICA QUE TENGA ENTRADA PARA VÁSTAGO INTERCAMBIABLE, PAG. 925	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.139.2053BROCAS CON TOPE, PARA ANCLAJE DENTAL DE ACERO INOXIDABLE O ALEACION DE TITANIO. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL IMPLANTE. DIAMETRO DE 0.76 MM A 1.8 MM, LONGITUD DE 4.0 MM A 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN REGISTRO SANITARIO HOJA FOLIO 422 NO TRAE DESGLOCE DE MEDIDAS Y EN CATALOGO HOJA FOLIO 227 LAS MEDIDAS NO COINCIDEN CON LAS ESPECIFICADAS EN CUADRO BÁSICO	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP..
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.139.2145BROCAS PARA ACOPLAMIENTO RAPIDO. CON LONGITUD VARIABLE. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL IMPLANTE. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO: 0.76 MM. PIEZA	EN REGISTRO SANITARIO HOJA 423 NO TRAE DESGLOCE DE MEDIDAS Y EN CATALOGO TAMPOCO ESPECIFICA MEDIDAS INTERMEDIAS	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP..
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.139.2152BROCAS PARA ACOPLAMIENTO RAPIDO. CON LONGITUD VARIABLE. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL IMPLANTE. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIAMETRO: DE: 1.5 MM. PIEZA	EN REGISTRO SANITARIO HOJA 423 NO TRAE DESGLOCE DE MEDIDAS Y EN CATALOGO TAMPOCO ESPECIFICA MEDIDAS INTERMEDIAS	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP..
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.722.0076PLACAS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL DE 0.5 MM A 1.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 1.2 MM A 2.4 MM DE DIAMETRO. NUMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 24. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN REGISTRO SANITARIO EL DESGLOCE DE MEDIDAS INICIA EN 1.5MM Y LA MEDIDA SOLICITADA INICIA DESDE 1.2MM	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP..

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

RAZÓN SOCIAL	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE SISTEMA	CLAVE Y DESCRIPCIÓN	MOTIVACIÓN	FUNDAMENTO
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.722.0142PLACAS EN DOBLE "Y" PARA TORNILLO DE 1.2 MM A 2.0 MM DE DIAMETRO. NUMERO DE ORIFICIOS: 6 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN REGISTRO SANITARIO HOJA 912 LAS MEDIDAS INICIAN EN 1.5 Y EL CATOLOGO PIDE DESDE 1.3 MM	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.7631PLACAS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL, DE COMPRESION DINAMICA DE 1.0 MM DE ESPESOR, PARA TORNILLOS DE 1.3 MM A 1.5 MM DE DIAMETRO. NUMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 6. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN REGISTRO SANITARIO NO COINCIDEN LAS MEDIDAS CON LAS DE CUADRO BASICO HOJA 908	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.7953PLACAS RECTAS PARA RECONSTRUCCION DE 0.5 MM A 1.5 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.4 MM DE DIAMETRO. NUMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 24. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN REGISTRO SANITARIO PAGINA 721 NO DESGLOSA MEDIDAS INTERMEDIAS	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.8035PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCION DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIAMETRO. NUMERO DE ORIFICIOS: 4 + 4. PIEZA	EN REGISTRO SANITARIO PAGINA 908 NO ESPECIFICA MEDIDAS INTERMEDIAS,	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.8043PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCION DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIAMETRO. NUMERO DE ORIFICIOS: 13 + 5 IZQUIERDA Y/O 7+23. PIEZA	EN REGISTRO SANITARIO PAGINA 756 NO ESPECIFICA MEDIDAS INTERMEDIAS	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.8050PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCION DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIAMETRO. NUMERO DE ORIFICIOS: 13 + 5 DERECHA Y/O 7+23. PIEZA	EN REGISTRO SANITARIO PAGINA 756 NO ESPECIFICA MEDIDAS INTERMEDIAS, CATALOGO SI CUMPLE	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.8308PLACA O MALLA MOLDEABLE PARA PISO DE ORBITA. ESPESOR DE 0.3 MM A 2.0 MM. TAMAÑO DESDE 80 X 80 MM HASTA 200.0 X 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	EN REGISTRO SANITARIO PAGINA 911 NO CUMPLE CON MEDIDAS DE ESPESOR SOLICITADAS EN CUADRO BASICO	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.8456MINIPLACA DE COMPRESION DINAMICA PARA FIJACION CON TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.0 MM A 2.4 MM DE DIAMETRO. NUMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 14. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	EN REGISTRO SANITARIO PAGINA 900 NO CUMPLE CON MEDIDAS SOLICITADAS EN CUADRO BASICO	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.8837PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 2.0 A 3.0 MM DE ESPESOR. NUMERO DE ORIFICIOS: 4 MEDIA LUNA. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 911, NO INCLUYE LA MEDIDA DE 3MM DE ESPESOR CON EL NUMERO DE ORIFICIOS ESPECIFICADO EN CLAVE DE CUADRO BÁSICO	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASP.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

RAZÓN SOCIAL	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE SISTEMA	CLAVE Y DESCRIPCIÓN	MOTIVACIÓN	FUNDAMENTO
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.8852PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 2.0 A 3.0 MM DE ESPESOR. NUMERO DE ORIFICIOS: 6 PARTE MEDIA ANCHA. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 852, NO DESGLOSA MEDIDAS INTERMEDIAS SOLICITADAS EN CUADRO BÁSICO, CATALOGO NO ESPECIFICA MEDIDAS INTERMEDIAS	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.8860PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 2.0 A 3.0 MM DE ESPESOR. NUMERO DE ORIFICIOS: 6 MEDIA LUNA. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 911, NO INCLUYE LA MEDIDA DE 3MM DE SPESOR CON EL NUMERO DE ORIFICIOS ESPECIFICADO EN CLAVE DE CUADRO BÁSICO	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.8878PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 2.0 A 3.0 MM DE ESPESOR. NUMERO DE ORIFICIOS: 6 PARTE MEDIA ANCHA. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 852, NO DESGLOSA MEDIDAS INTERMEDIAS SOLICITADAS EN CUADRO BÁSICO, CATALOGO NO ESPECIFICA MEDIDAS INTERMEDIAS	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.725.8886PLACA O MICROPLACA DERECHA O IZQUIERDA PARA LA BASE ORBITAL, DE 0.5 MM A 1.0 MM DE ESPESOR. PARA TORNILLOS DE 1.0 MM A 1.5 MM DE DIAMETRO. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 909, NO INCLUYE TODAS LAS MEDIDAS DE ESPESOR REQUERIDAS EN CUADRO BÁSICO,	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.781.0025REJILLA FLEXIBLE DE 0.3 MM A 1.0 MM DE ESPESOR, PARA TORNILLOS DE 1.0 MM A 2.0 MM DE DIAMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 40 X 40 MM DE SUPERFICIE. PIEZA	MAL REFERENCIADA EN REGISTRO SANITARIO Y CATALOGO, NO SE ENCONTRO LA REFERENCIA	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.898.1833TORNILLO AUTOSUJETANTE PARA HUESO CORTICAL AUTORROSCANTE, RANURA EN CRUZ O RANURA SIMPLE CON ORIFICIO CENTRAL, CON DIÁMETRO DE LA ROSCA DE 1.0 MM A 2.4 MM, DE TITANIO. LONGITUD DE 4.0 MM A 23.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 919, NO DESGLOSA MEDIDAS INTERMEDIAS SOLICITADO EN LA CLAVE DE CUADRO BASICO	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.898.1841TORNILLO O MICROTORNILLO AUTOSUJETANTE PARA HUESO CORTICAL AUTOPERFORANTE DE MANEJO CENTRAL DE 1.2 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 4.0 MM A 9.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 917, NO CUMPLE CON MEDIDA DE DIAMETRO DE 4.0, INICIA EN 5.0. CATALOGO INICA CON DIAMETRO EN 5.0MM	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.898.1866TORNILLO O MICROTORNILLO AUTOSUJETANTE PARA HUESO CORTICAL DE EMERGENCIA DE 1.3 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 3.0 A 11.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 916, NO DESGLOSA MEDIDAS INTERMEDIAS, CATALOGO NO CUMPLE CON MEDIDA DE DIAMETRO DE 1.3 MM	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.898.1924TORNILLO O MICROTORNILLO AUTOSUJETANTE PARA HUESO CORTICAL, AUTOPERFORANTE DE MANEJO CENTRAL DE 1.2 MM A 1.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 3.5 A 7.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 916, NO DESGLOSA MEDIDAS INTERMEDIAS	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

RAZÓN SOCIAL	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE SISTEMA	CLAVE Y DESCRIPCIÓN	MOTIVACIÓN	FUNDAMENTO
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.898.1965MICROTORNILLO PARA HUESO CORTICAL, AUTORROSCANTE DE 1.2 MM A 1.3 MM DE DIAMETRO. LONGITUD DE 3.0 A 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 916, NO DESGLOSA MEDIDAS INTERMEDIAS	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.722.0878PLACA PARA MENTON, DE TITANIO. ESPESOR DE 0.6 A 2.0 MM. ORIFICIOS: DE 4 A 6. DE 4.0 A 12.0 MM. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 911, SOLO INDICA ESPESOR DE 0.6 MM, FALTAN MEDIDAS DE CUADRO BASICO, CATALOGO MEDIDAS DE ESPESOR INCOMPLETAS IGUAL QUE REGISTRO SANITARIO	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.899.8977MICROTORNILLO PARA HUESO CORTICAL AUTORROSCANTE, CON RANURA DE CRUZ Y DIAMETRO DE LA ROSCA DE 1.2 MM A 1.7 MM. LONGITUD DE 4.0 A 17.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 919, NO DESGLOSA MEDIDAS INTERMEDIAS SOLICITADO EN LA CLAVE DE CUADRO BASICO	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.899.9249TORNILLO AUTOSUJETANTE PARA HUESO CORTICAL, DE 2.7 MM DE DIÁMETRO DE LA ROSCA, UTILIZADOS COMO REEM PLAZO DE TORNILLOS DE 2.3 MM A 2.4 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 8.0 MM A 17.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 916, NO DESGLOSA MEDIDAS INTERMEDIAS	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	060.899.9793TORNILLO O MICRO TORNILLOS AUTOSUJETANTES DE 1.0 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 3.0 A 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 978, NO DESGLOSA MEDIDAS INTERMEDIAS	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	537.765.0014REJILLA REJILLA FLEXIBLE DE 0.3 MM A 1.0 MM DE ESPESOR, PARA TORNILLOS DE 1.0 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. 100 X 100 MM DE SUPERFICIE. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA	REGISTRO SANITARIO, PAGINA 906, NO CUMPLE MEDIDAS DE ESPESOR	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	03. BROCAS	060.139.0032BROCAS CILÍNDRICAS DE 1.1 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 45.0 MM A 240.0 MM Y FILOS DE 30.0 MM A 165.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN EL CATALOGO EN LA PAGINA 4, NO ESPECIFICA EL DIAMETRO DE 1.1 MM A 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 45.0 MM A 240.0 MM Y FILOS DE 30.0 MM A 165.0 MM.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	03. BROCAS	060.139.1873BROCAS CILÍNDRICAS DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 130.0 A 180.0 MM Y FILO DE 115.0 A 165.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN EL REGISTRO SANITARIO NO. 1516E92SSA, PAG. 421, NO ESPECIFICA LA LONGITUD DE 180.0 MM	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	03. BROCAS	060.139.0172BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO DE 0.7 MM A 3.2 MM, LONGITUD DE 44.5 MM A 195.0 MM Y FILO DE 3.0 MM A 170 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN EL REGISTRO SANITARIO NO. 1516E92SSA, PAG. 423, NO ESPECIFICA EL DIÁMETRO DE 0.7 MM A 3.2 MM, LONGITUD DE 44.5 MM A 195.0 MM Y FILO DE 3.0 MM A 170 MM.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

RAZÓN SOCIAL	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE SISTEMA	CLAVE Y DESCRIPCIÓN	MOTIVACIÓN	FUNDAMENTO
QUIRORT SA DE CV	03. BROCAS	060.139.1774BROCA PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO. DIÁMETRO D E 4.5 MM, LONGITUD DE 145.0 MM A 225.0 MM Y FILO DE 120.0 MM A 200.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	EN EL REGISTRO SANITARIO NO. 1516E92SSA, PAG. 423, NO ESPECIFICA EL DIÁMETRO DE 0.7 MM A 3.2 MM, LONGITUD DE 44.5 MM A 195.0 MM Y FILO DE 3.0 MM A 170 MM.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
QUIRORT SA DE CV	03. BROCAS	060.139.1972BROCA DE 2.7 MM DE DIAMETRO, PARA GUIA DE 1.35 MM, LONGITUD TOTAL 160 MM, LONGITUD UTIL 130 MM. PIEZA	EN EL REGISTRO SANITARIO NO. 1516E92SSA, PAG. 424, NO ESPECIFICA DIAMETRO, PARA GUIA DE 1.35 MM, LONGITUD TOTAL 160 MM, LONGITUD UTIL 130 MM	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
HEMOST SA DE CV	05. GRAPAS	060.446.0295GRAPA TIPO BLOUNT O DE PALMA, DE CROMO COB ALTO O TITANIO O ACERO INOXIDABLE CON ESQUINAS REFORZADAS. ANCHO DE 9.5 MM A 22.2 MM Y LONGITUD DE 19 MM A 25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA	NO CUMPLE CON LAS LONGITUDES REQUERIDAS, SOLO PRESENTA EN SU CATÁLOGO FOLIO 55 LONGITUD DE 22 MM.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
BOUNES SA DE CV	12. PLACAS Y TORNILLOS	060.725.1428PLACAS CONDILEA DE SOSTEN, CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. NUMERO DE ORIFICIOS: DE 7 A 21, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS QUE SE ESPECIFICAN EN SU REGISTRO SANITARIO NÚMERO 0511C2015 SSA, SU LÍMITE ES 14 ORIFICIO IZQUIERDO Y DERECHO, Y SE REQUIERE HASTA 21 ORIFICIOS.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.
BOUNES SA DE CV	12. PLACAS Y TORNILLOS	060.725.7284PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIAMETRO. NUMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	NO CUMPLE, EN SU REGISTRO SANITARIO NÚMERO 1262C2004 SSA, NO ACREDITA LA EXISTENCIA DE ESTA CLAVE.	NUMERAL 9 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO", NUMERAL 9.1.5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.

NOVENO.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y COMO SE DEJÓ ASENTADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO **LA-050GYR091-E171-2022** PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA Y DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN, HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC., PARA CUBRIR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023, MISMO QUE SE APLICÓ CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 EN LO RELATIVO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, DE LA LAASSP, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 12 "CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS" A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES TÉCNICAS RESULTARON SOLVENTES PERO EXISTE UNA MEJOR OFERTA ECONÓMICA: -----

PROPUESTAS QUE RESULTARON SOLVENTES PERO EXISTE UNA MEJOR OFERTA ECONÓMICA

Nombre del Sistema	Razón Social	Importe Sin IVA
01. ALAMBRES EN ROLLO	HEMOST SA DE CV	\$17,545.00
12. PLACAS Y TORNILLOS	HEMOST SA DE CV	\$7,427,320.00
17. HEMIARTROPLASTÍA CADERA	HEMOST SA DE CV	\$179,350.00

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

Nombre del Sistema	Razón Social	Importe Sin IVA
19. REEMPLAZO TOTAL CADERA CEMENTADA	GILBERTO SORIANO RIVAS	\$153,620.00
22. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA REVISIÓN	GILBERTO SORIANO RIVAS	\$162,600.00
22. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA REVISIÓN	SMITH & NEPHEW SA DE CV	\$83,600.00
23 A. ANILLOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR	SMITH & NEPHEW SA DE CV	\$62,400.00
02. ALAMBRES AGUJAS Y CLAVOS	HEMOST SA DE CV	\$46,412.00
24. RODILLA DE REVISIÓN	ORTHO IMPLANTES SA DE CV	\$1,067,325.00
24. RODILLA DE REVISIÓN	SMITH & NEPHEW SA DE CV	\$910,818.40
25. RODILLA UNIVERSAL O ANATÓMICA	ORTOPEDIA HISA SA DE CV	\$2,226,134.00
25. RODILLA UNIVERSAL O ANATÓMICA	SMITH & NEPHEW SA DE CV	\$2,675,250.00
28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	BOUNES SA DE CV	\$2,538,628.00
36 COLUMNA VERTEBRAL POSTERIOR	ORTHO IMPLANTES SA DE CV	\$8,312,600.00
10. FIJADORES EXTERNOS	ORTHO IMPLANTES SA DE CV	\$1,910,376.00
10. FIJADORES EXTERNOS	QUIRORT SA DE CV	\$1,816,076.00
11. TORNILLOS CANULADOS	BOUNES SA DE CV	\$108,610.00
19. REEMPLAZO TOTAL CADERA CEMENTADA	ORTHO IMPLANTES SA DE CV	\$143,380.00
19. REEMPLAZO TOTAL CADERA CEMENTADA	SMITH & NEPHEW SA DE CV	\$137,000.00

DECIMO.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y COMO SE DEJÓ ASENTADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO **LA-050GYR091-E171-2022** PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA Y DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN, HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC., PARA CUBRIR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023, MISMO QUE SE APLICÓ CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 EN LO RELATIVO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, DE LA LAASSP, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 12 "CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS" A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON CON PRECIO NO CONVENIENTE, LA MOTIVACIÓN SE ENCUENTRA EN EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN:-----

PROPUESTAS QUE RESULTARON CON PRECIO NO CONVENIENTE

Nombre del Sistema	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE SIN IVA
20. REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	GILBERTO SORIANO RIVAS	\$7,565,725.00
20. REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	ORTHO IMPLANTES SA DE CV	\$7,168,645.00
20. REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA	SMITH & NEPHEW SA DE CV	\$6,272,600.00
28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	BOUNES SA DE CV	\$2,538,628.00
36 COLUMNA VERTEBRAL POSTERIOR	BOUNES SA DE CV	\$11,289,900.00
11. TORNILLOS CANULADOS	HEMOST SA DE CV	\$260,216.00

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

DECIMO PRIMERO.- A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS POR LOS SIGUIENTES LICITANTES QUE CUENTAN CON **RESULTADO TÉCNICO Y ECONÓMICO SATISFACTORIO**, SIENDO APROBADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36, 36 BIS Y 37 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 12 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.-----

LOS SISTEMAS ADJUDICADOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN INCLUYEN LA TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN, HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC. -----

PROPUESTAS ADJUDICADAS

RAZÓN SOCIAL	Nombre del Sistema	IMPORTE SIN IVA
QUIRORT, SA DE CV	01. ALAMBRES EN ROLLO	\$13,050.00
QUIRORT, SA DE CV	12. PLACAS Y TORNILLOS	\$4,470,568.00
ORTOPEDIA HISA, S.A. DE C.V.	15. CEMENTO PARA HUESO	\$218,300.00
QUIRORT, SA DE CV	17. HEMIARTROPLASTÍA CADERA	\$125,000.00
QUIRORT, SA DE CV	19. REEMPLAZO TOTAL CADERA CEMENTADA	\$94,012.00
ORTHO IMPLANTES SA DE CV	22. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA REVISIÓN	\$72,760.00
ORTHO IMPLANTES SA DE CV	23 A. ANILLOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR	\$51,360.00
QUIRORT, SA DE CV	02. ALAMBRES AGUJAS Y CLAVOS	\$35,800.00
ORTOPEDIA HISA, S.A. DE C.V.	24. RODILLA DE REVISIÓN	\$819,150.00
ORTHO IMPLANTES SA DE CV	25. RODILLA UNIVERSAL O ANATÓMICA	\$2,159,902.00
ORTOPEDIA HISA, S.A. DE C.V.	26. RODILLA DE BISAGRA	\$519,600.00
LA TIENDA ORTOPEDICA SA DE CV	28A. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	\$161,222.00
LA TIENDA ORTOPEDICA SA DE CV	28. MATERIAL PARA CIRUGÍA MÁXILOFACIAL	\$1,503,958.96
QUIRORT, SA DE CV	30. RONDANAS	\$39,500.00
QUIRORT, SA DE CV	33. CIRUGÍA DE PIE	\$413,000.00
TRAUMASERVICE INTERNACIONAL SA DE CV	34 COLUMNA VERTEBRAL ANTERIOR	\$742,500.00
TRAUMASERVICE INTERNACIONAL SA DE CV	36 COLUMNA VERTEBRAL POSTERIOR	\$7,369,300.00
QUIRORT, SA DE CV	04. CABLES	\$487,500.00
QUIRORT, SA DE CV	05. GRAPAS	\$78,000.00
QUIRORT, SA DE CV	06. CLAVOS INTRAMEDULARES PEDIATRICOS	\$38,400.00
QUIRORT, SA DE CV	07. CLAVOS INTRAMEDULARES	\$2,392,704.00
BOUNES SA DE CV	10. FIJADORES EXTERNOS	\$1,582,993.00
QUIRORT, SA DE CV	11. TORNILLOS CANULADOS	\$93,520.00

DECIMO SEGUNDO: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37, SEPTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE DESCRIBEN LOS SISTEMAS QUE SE DECLARARON DESIERTOS POR NO HABER EXISTIDO PROPUESTAS.-----

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
 U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
 TRATADOS ELECTRÓNICA
 NO. LA-050GYR091-E171-2022
 ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
 PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
 UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
 HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
 GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
 DICIEMBRE DE 2023

SISTEMAS DESIERTOS

Nombre del Sistema
13. MATRIZ OSEA
15B ESPACIADOR DE METILMETACRILATO PARA CADERA
16. REEMPLAZO ARTICULAR TORÁCICO
31. CORRECCIÓN PIE PLANO
32. MÍNIMA INVASIÓN PARA PIE

DECIMO TERCERO: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN V Y EL ARTÍCULO 48, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INDICA QUE PARA LOS LICITANTES QUE RESULTARON ASIGNADOS, LA FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPIEDIA PUEBLA, SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 CON HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UMAE CENTRO MÉDICO NACIONAL "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO", HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPIEDIA DE PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140.

DECIMO CUARTO.- EN APEGO AL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN LOS CONTRATOS CON DATOS RELEVANTES RESULTANTES DE LA PRESENTE ACTA.

NUMERO DE CONTRATO UMAE HTOP	RAZON SOCIAL	OBJETO DE LA COMPRA	VIGENCIA		IMPORTE SOLICITADO CON IVA	PORCENTAJE E IMPORTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	DIVISIBLE
ABTT23TP04060002	BOUNES SA DE CV	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS	01/01/2023	31/12/2023	\$1,836,271.88	\$158,299.30	NO APLICA
ABTT23TP04060003	LA TIENDA ORTOPEIDICA SA DE CV	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS	01/01/2023	31/12/2023	\$1,931,609.91	\$166,518.10	NO APLICA
ABTT23TP04060004	ORTHO IMPLANTES SA DE CV	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS	01/01/2023	31/12/2023	\$2,649,465.52	\$228,402.20	NO APLICA
ABTT23TP04060005	ORTOPEDIA HISA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS	01/01/2023	31/12/2023	\$1,806,178.00	\$155,705.00	NO APLICA
ABTT23TP04060006	QUIRORT, SA DE CV	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS	01/01/2023	31/12/2023	\$9,606,022.64	\$828,105.40	NO APLICA
ABTT23TP04060007	TRAUMASERVICE INTERNACIONAL SA DE CV	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS	01/01/2023	31/12/2023	\$9,409,688.00	\$811,180.00	NO APLICA

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

DECIMO QUINTO.- LA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MANIFIESTA LO SIGUIENTE: QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO, QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SE REALICEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

EN ESTE ACTO, UNA VEZ QUE SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SEÑALÓ QUE CORRESPONDE A LAS ÁREAS REQUERENTE Y TÉCNICA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 DE LA LAASSP Y, 2 DE SU REGLAMENTO, EN CORRELACIÓN CON EL NUMERAL 5.3.8, INCISO C), DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, VERIFICAR QUE LOS BIENES O SERVICIOS QUE SE EVALUARON CUMPLEN CON LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS; CON LAS PRECISIONES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y SI LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTARON CUMPLEN CON LO ANTERIOR, ASÍ COMO LA DEBIDA ASIGNACIÓN DE LOS PUNTOS Y QUE SE CUENTE CON EL DEBIDO SUSTENTO EN LOS DESECHAMIENTOS, QUE EN SU CASO, SE HAYAN DETERMINADO. ASIMISMO, SEÑALA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA CONTRATANTE Y/O TÉCNICA, LA EVALUACIÓN QUE SE REALIZÓ PARA LA EMISIÓN DEL PRESENTE ACTO DE FALLO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 4.2.2.1.15, 4.2.2.1.16 Y 4.2.2.1.17 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CIERRE DE ACTA

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DE FALLO, SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO (COMPRANET).

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE FIJARÁ UN AVISO EN EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO A TRAVÉS DEL CUAL PODRAN CONSULTAR LA PRESENTE ACTA.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD CONVOCANTE

Lic. Luis Alberto Moreno Espinosa
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
UMAE HTO PUEBLA

L.A. Nelia Rosas Mendo
JEFA DE GRUPO
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA; Y DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES.


Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Gral. Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla


ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR091-E171-2022
ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS
PARA EL HTO PUEBLA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
UNIDADES HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 15 TEHUACÁN,
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 23 TEZIUTLÁN Y HOSPITAL
GENERAL DE ZONA NO 5 METEPEC PARA EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


LIC. ARTURO DAMAZO CÉSAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
UMAE HTO PUEBLA


ABOGADA ALICIA ROSALES PELÁEZ
ENCARGADA DE LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
UMAE HTO PUEBLA


LIC. GABRIELA GARCÍA SAINOS
ANALISTA SUPERVISOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
UMAE HTO PUEBLA


ING. ARIADNA YAMEL MORALES MONTIEL
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO
UMAE HTO PUEBLA



