



GOBIERNO DE
MÉXICO



Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
JUNTA DE ACLARACIONES IA-050GYR091-E5-2022
CONSUMIBLES PARA ESTERILIZADORES DE PLASMA

EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS NUEVE TREINTA HORAS DEL NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD CENTRO MÉDICO NACIONAL "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO", HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia DE PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NUMERO LA-050GYR091-E2-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA ESTERILIZADORES DE PLASMA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia PUEBLA, EN ESTA VIRTUD, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:-----

ANTECEDENTES

EN OBSERVACIÓN AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN III, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 39, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 39, 42, 46 Y 48 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO LA-050GYR091-E2-2022, MEDIANTE CONVOCATORIA N° 002, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET) EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022.-----

CON FECHA OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS A LAS 11:00 HORAS SE PROCEDIO A DAR LECTURA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE LOS LICITANTES HAN FORMULADO Y PRESENTARON EN FORMA ELECTRÓNICA, LAS CUALES SE TRANSCRIBIERON ÍNTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA, POSTERIORMENTE SE INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE A FIN DE REALIZAR PRECISIONES GENERALES Y DAR RESPUESTA CLARA A LAS REPREGUNTAS REALIZADAS, ESTE EVENTO SE SUSPENDERÍA.-----

DESARROLLO DEL EVENTO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL PUNTO 3.2 DE LAS BASES, SE PROCEDIO A DAR LECTURA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE LOS LICITANTES HAN FORMULADO Y PRESENTARON EN FORMA ELECTRÓNICA EN ESTE ACTO, CON SU RESPECTIVA RESPUESTA POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO QUE TIENEN INGERENCIA EN ESTE PROCESO LICITATORIO, LAS CUALES SE TRANSCRIBEN ÍNTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA, Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, ANEXÁNDOSE AL EXPEDIENTE DE ESTA LICITACIÓN LOS FORMATOS ENTREGADOS POR LOS LICITANTES QUE CONTIENEN ÉSTAS, RUBRICADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN ESTE ACTO:-----



ARKANUM, SA DE CV		
NÚMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>REFERENCIA: NUMERAL 11.2 (OCTAVO PÁRRAFO)</p> <p>PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE MANTENER ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA ESTERILIZACIÓN CON QUE CUENTA ACTUALMENTE LA INSTITUCIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS EN OTRAS MARCAS VALIDEN Y/O DEMUESTREN LA EFECTIVIDAD EN SU ESTERILIZACIÓN A TRAVÉS DE ESTUDIOS CLÍNICOS Y/O MANUAL DE OPERACIÓN. LA TECNOLOGÍA ACTUAL CUENTA CON UN ÍNDICE DE SUPERVIVENCIA 10⁻⁶</p>	<p>LOS EQUIPOS PROPUESTOS POR LOS OFERTANTES SERÁN EVALUADOS EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN CON REFERENCIA AL NUMERAL 11.2</p> <p>"...EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO CON TECNOLOGÍA SIMILAR O SUPERIOR AL ESTERILIZADOR MODELO: STERRAD 100S, DESCRITO EN LOS CONSUMIBLES DEL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)."</p> <p>"EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ GARANTIZAR ALGÚN MECANISMO QUE ELIMINE EL DESPERDICIO DE UN CASSETT, AMPOLLETA O MEDIO DE CONTENCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ESTERILIZACIÓN DERIVADO DE FALLAS DE CICLOS O ERRORES DE USUARIO"</p>
2	<p>REFERENCIA: NUMERAL 6.1 LETRA A</p> <p>PREGUNTA: EN CASO DE QUE LOS FOLLETOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES ESTÉN EN IDIOMA INGLÉS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS MENCIONADOS FOLLETOS CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO EL CONTENIDO DE LAS TRADUCCIONES AL ESPAÑOL PERMITA CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS COMPARATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE MANERA CLARA DE ACUERDO A LAS PRESENTES BASES.</p>
3	<p>REFERENCIA: NUMERAL 11.2 CONDICIONES DE ENTREGA (DÉCIMO PÁRRAFO) "EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ GARANTIZAR ALGÚN MECANISMO QUE ELIMINE EL DESPERDICIO DE UN CASSETTE, AMPOLLETA O MEDIO DE CONTENCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ESTERILIZACIÓN DERIVADO DE FALLAS DE CICLOS O ERRORES DE USUARIO."</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFICARNOS SI ESTA INFORMACIÓN SE PUEDE VALIDAR A TRAVÉS DE FOLLETO, CATÁLOGO, MANUAL DEL EQUIPO.</p>	<p>ES CORRECTO EN TÉRMINOS DE LAS PRESENTES BASES LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SE REVISARAN EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS O MANUALES QUE SE SOLICITAN.</p>



PRINCIPIOS BÁSICOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		
NÚMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PARTIDAS 1,2, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ESPECIFICAR MARCA ASP Y MODELO STERRAD 100 NX DEBIDO A QUE SOLO UN FABRICANTE CON ESA MARCA Y MODELO ESPECÍFICOS PUEDE PARTICIPAR ¿SE ACEPTA?	REFERIRSE AL PUNTO 11.2, PÁRRAFO 8: "A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS FABRICANTES POR LA MARCA Y MODELO QUE SE DESCRIBE EN LAS CLAVES DE CUADRO BÁSICO CONTENIDAS EN EL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE), CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CONSUMIBLES DE MARCA DIFERENTE A LA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR UN EQUIPO ESTERILIZADOR EN COMODATO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO Y SIN COSTOS ADICIONALES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MISMO QUE DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSUMIBLES QUE OFERTEN. ESTO PERMITIRÁ LA LIBRE PARTICIPACIÓN, MAYOR CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA, Y ASEGURAR AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN EL MERCADO EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE APLIQUEN."
2	PARTIDAS 1,2, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SIMILAR O SUPERIOR, ¿SE ACEPTA?	REFERIRSE AL NUMERAL 11.2 DE LAS PRESENTES BASES: "EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO CON TECNOLOGÍA SIMILAR O SUPERIOR AL ESTERILIZADOR MODELO: STERRAD 100S, DESCRITO EN LOS CONSUMIBLES DEL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)."
3	PARTIDAS 1,2, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UN ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CLAVE: 531.385.1031	REFERIRSE A LA RESPUESTA A SU PREGUNTA NÚMERO 2.
4	PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UN ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: EQUIPO QUE PERMITE ESTERILIZAR OBJETOS QUE NO RESISTEN HUMEDAD Y TEMPERATURAS ALTAS, POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO A UN ESTADO DE PLASMA A BAJA TEMPERATURA. TAMAÑO DE LA CÁMARA DE 100 LTS.DIMENSIONES EXTERNAS (0.80(±10%) * 1.10(±10%) * 1.70(±10%))M; CON BASE.TEMPERATURA DE 40-55 (±1)°C.SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE PUERTA(S), DURANTE EL PERÍODO DE ESTERILIZACIÓN.SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALLAS Y DIAGNÓSTICO POR MEDIO DE UN MICROPROCESADOR, QUE CANCELA EL CICLO.PANTALLA DIGITAL PARA DESPLIEGUE DE VARIABLES (INSUFICIENCIA DE AGENTE ESTERILIZANTE), DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.IMPRESORA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, ASÍ COMO HUMEDAD Y MENSAJES DE ERROR. FILTROS HEPA, QUE PURIFICAN EL AIRE.ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA MAL FUNCIONAMIENTO Y ERROR DE MANEJO, QUE CANCELA EL CICLO. SELECTOR DE PARÁMETROS DEL PROCESO Y PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN .Y QUE CUENTEN CON UNA PLATAFORMA DE MONITOREO DE CICLOS EN TIEMPO REAL. BASE MÓVIL. MISMO QUE CUMPLE CON LA CLAVE 531.385.1031	LAS PROPUESTAS SERÁN EVALUADAS EN TÉRMINOS DE LAS PRESENTES BASES POR TAL MOTIVO REFERIRSE AL NUMERAL 11.2 DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN "EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO CON TECNOLOGÍA SIMILAR O SUPERIOR AL ESTERILIZADOR MODELO: STERRAD 100S, DESCRITO EN LOS CONSUMIBLES DEL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)."
5	PARA LAS PARTIDAS 1, LA CONVOCANTE SOLICITA KIT	SE ACEPTA SU PROPUESTA TODA VEZ QUE LA EVALUACIÓN



Table with 3 columns: NUMERO, PREGUNTAS, and RESPUESTAS. Contains detailed technical specifications for sterilization consumables and a response regarding unitary cost.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 46 INCISO II DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA, SE INFORMA A LOS PROVEEDORES QUE SE CUENTA CON UN PERIODO DE 6 HORAS MISMAS QUE VENCEN A LAS 16:00 HORAS DEL DIA DE INICIO DE LA PRESENTE ACTA A FIN DE FORMULAR LAS REPREGUNTAS QUE CONSIDERE NECESARIO EN RELACION A LAS RESPUESTAS REMITIDAS POR ESTA CONVOCANTE.

Official stamp and signature area for the Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Convocante. Includes signatures of Lic. Luis Alberto Moreno Espinosa and Ing. Rosalba García Gonzales.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
JUNTA DE ACLARACIONES IA-050GYR091-E5-2022
CONSUMIBLES PARA ESTERILIZADORES DE PLASMA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LE. PATRICIA RINCON LORENZO
DIRECTORA DE ENFERMERÍA
UMAE HTO PUEBLA

LIC. ARTURO DÁMAZO CÉSAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
UMAE HTO PUEBLA

LIC. GABRIELA GARCIA SAINOS
ANALISTA SUPERVISOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
UMAE HTO PUEBLA