



06 DE JUNIO DE 2022

EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 12:01 HORAS DEL DÍA SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UMAE CENTRO MÉDICO NACIONAL "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO", HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, CP. 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS; LIC. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO; LIC. ARTURO DAMAZO CESAR, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES; ARQ. PABLO ISRAEL OVANDO ZARATE, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, INC. ROSALBA GARCIA GONZALEZ, JEFA DE LA OFICINA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-050GYR091-E63-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO, DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia PUEBLA; EN ESTA VIRTUD, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTE:-----

ANTECEDENTES

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN APEGO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS: 25 SEGUNDO PÁRRAFO, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN LL, 27, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32 PÁRRAFO SEGUNDO, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 37 BIS, 47, 48, 49, 50, 54, 54 BIS Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP); 35, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 Y 54 DE SU REGLAMENTO; LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA; SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-050GYR091-E63-2022 A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD CENTRO MÉDICO NACIONAL "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia DE PUEBLA, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET) -

DESARROLLO DEL EVENTO

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2 REFERENTE A JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, MTR. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, EN CONJUNTO CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL PRINCIPIO DE LA PRESENTE ACTA PROCEDIÓ A HACER LAS ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-050GYR091-E63-2022. -----

LICITANTES QUE SE REGISTRARON EN EL SISTEMA COMPRANET

A CONTINUACIÓN SE ENLISTA A LOS PARTICIPANTES A LA LICITACIÓN QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS A LA FECHA DEL PRESENTE ACTO A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL "COMPRANET": -----

Table with 3 columns: LICITANTES, RFC O CÓDIGO FISCAL, ENTIDAD FEDERATIVA. Lists various companies and their tax IDs and states.



PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

A CONTINUACIÓN SE REALIZAN LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA:

8.1 EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPOSICIONES.

DICE:

PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA ENTREGANDO UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A) DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO ASÍ COMO, EN SU CASO, DE SU APODERADO O REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ÉL TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, SU DURACIÓN; NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS O PÓLIZAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ COMO FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE, Y RELACIÓN DEL NOMBRE DE LOS SOCIOS O ASOCIADOS QUE APAREZCAN EN ÉSTAS, Y

B) DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE: NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS O PÓLIZAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE.

EN DEFECTO DE LO ANTERIOR, EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL FORMATO QUE APARECE COMO **ANEXO NÚMERO 1 (UNO)**, EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES.

EL DOMICILIO QUE SE SEÑALE EN EL **ANEXO NÚMERO 1 (UNO)** DE LAS PRESENTES BASES, SERÁ AQUEL EN EL QUE EL LICITANTE PUEDA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE RESULTEN.

P

A

f

DEBE DECIR:

PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA ENTREGANDO UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A) DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO ASÍ COMO, EN SU CASO, DE SU APODERADO O REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ÉL TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, SU DURACIÓN; NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS O PÓLIZAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ COMO FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE, Y RELACIÓN DEL NOMBRE DE LOS SOCIOS O ASOCIADOS QUE APAREZCAN EN ÉSTAS, Y

B) DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE: NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS O PÓLIZAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE.

EN DEFECTO DE LO ANTERIOR, EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL FORMATO QUE APARECE COMO **ANEXO NÚMERO 2 (DOS)**, EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES.

EL DOMICILIO QUE SE SEÑALE EN EL **ANEXO NÚMERO 2 (DOS)**, DE LAS PRESENTES BASES, SERÁ AQUEL EN EL QUE EL LICITANTE PUEDA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE RESULTEN.

ANEXO 1 (UNO) / TODAS LAS PARTIDAS / ESPECIFICACIONES /

DICE:

V. PENA CONVENCIONAL

EL INSTITUTO APLICARÁ PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 2.5% DEL VALOR DEL COSTO DE MANTENIMIENTO, POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONSIDERANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO O MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUANDO:

A.- SE EXCEDA EL TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTINUOS

B.- SE EXCEDA EL TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTINUOS.

o



06 DE JUNIO DE 2022

C.- SE EXCEDA EL TIEMPO MÁXIMO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME AL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
D.- SE EXCEDA EL TIEMPO MÁXIMO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3 (TRES) DÍAS HÁBILES.

CUANDO EL MONTO TOTAL DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES REBASE EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SE INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 54, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DEBE DECIR:

V. PENA CONVENCIONAL

EL INSTITUTO APLICARÁ PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 2.5% DEL VALOR DEL COSTO DE MANTENIMIENTO, POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONSIDERANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO O MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUANDO:

A.- SE EXCEDA EL TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTINUOS

B.- SE EXCEDA EL TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTINUOS.

C.- SE EXCEDA EL TIEMPO MÁXIMO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME AL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

CUANDO EL MONTO TOTAL DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES REBASE EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SE INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 54, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ACLARACIONES A LOS LICITANTES

CONTINUACIÓN SE PROCEDE A RESPONDER LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS SIGUIENTES LICITANTES:

Table with 2 columns: REMITENTE (ANA CORONAGARCIA) and FECHA (05/06/2022 11:32 A. M.)

Main table with 3 columns: REFERENCIA, PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN, and RESPUESTA DE LA CONVOCANTE. Contains 4 rows of questions and answers regarding equipment status, maintenance procedures, and documentation requirements.



06 DE JUNIO DE 2022

REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
	LAS PARTIDAS?	

REMITENTE	FECHA
9 ONCE DISTRIBUIDORA SADE CV	03/06/2022 07:51 P. M.

REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
NUMERAL 6.1 INCISO. C	ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO PODREMOS PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA AL MES DE LA APERTURA LA CUAL CONTIENE EL GIRO DE LA EMPRESA Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS, ADEMÁS DE CONTENER LA FECHA DE ALTA Y REGISTRO ANTE LA S.H.C.P. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.1 INCISO. C. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ALTA O REGISTRO ANTE LA S.H.C.P., EN LA QUE SE SUSTENTE EL GIRO DE LA EMPRESA, MISMO QUE DEBERÁ CORRESPONDER A ACTIVIDAD(ES) INHERENTE(S) A CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE OFERTE OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, SERÁ VÁLIDO PRESENTAR CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA SIEMPRE QUE EN EL DOCUMENTO SE SUSTENTE EL GIRO DE LA EMPRESA, MISMO QUE DEBERÁ CORRESPONDER A ACTIVIDAD(ES) INHERENTE(S) A CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE OFERTE OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.
NUMERAL 6.1 INCISO. I.	ENTENDEMOS QUE AL TENER UN MES DE VIGENCIA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO ESTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE A LA FECHA DEL 15 DE JUNIO DE 2022 QUE ES EL DÍA DE LA APERTURA O BIEN AL DÍA DE LA APERTURA SI HAY DIFERIMIENTOS, PERO EN NINGÚN CASO LA VIGENCIA DEBERÁ ABARCAR LA FECHA DE FALLO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.1 INCISO. I., EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.
NUMERAL 6.1 INCISO. J.	ENTENDEMOS QUE AL TENER UN MES DE VIGENCIA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO ESTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE A LA FECHA DEL 15 DE JUNIO DE 2022 QUE ES EL DÍA DE LA APERTURA O BIEN AL DÍA DE LA APERTURA SI HAY DIFERIMIENTOS, PERO EN NINGÚN CASO LA VIGENCIA DEBERÁ ABARCAR LA FECHA DE FALLO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.1 INCISO. J., EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL" VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS
NUMERAL 6.1 INCISO. K.	LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DENTRO DE SU CONTENIDO NO MANIFIESTA NINGÚN TIPO DE VIGENCIA, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON QUE FECHA DE EXPEDICIÓN ANTES DE LA FECHA DE APERTURA SE DEBERÁ TRAMITAR PARA QUE LA CONVOCANTE TOMA COMO VALIDA LA VIGENCIA DE ESTA CONSTANCIA PRESENTADA DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.1 INCISO. K., EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL" VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS
NUMERAL 6.1 INCISO. L.	PARA EL CASO DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2022, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL PODER PRESENTAR LA DECLARACIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, YA QUE A ESTA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES O A LA FECHA DE LA APERTURA, AÚN NO SE ESTARÍA EN TIEMPO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL DE MAYO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.1 INCISO. L. SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES PRESENTEN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2022 QUE PODRÁ SER LA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL O MAYO DEL PRESENTE EJERCICIO.
NUMERAL 6.1 INCISO. P.	SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE INCISO ME PERMITAN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES DE FÁBRICA EXPEDIDOS POR EL MISMO FABRICANTE TODA VEZ QUE SON NUEVOS, DE RECIENTE ADQUISICIÓN Y AÚN NO REQUIEREN SER CALIBRADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.1 INCISO. P. LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE DEBERÁN DE INDICAR LA VIGENCIA DE LA CALIBRACIÓN Y ESTE CERTIFICADO DEBERÁ SER EMITIDOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO CON EQUIPOS CERTIFICADOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM). EN CASO DE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE FÁBRICA DE LOS EQUIPOS DEBERÁN CUMPLIR CON LO SOLICITADO.



06 DE JUNIO DE 2022

REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
NUMERAL 6.1 INCISO. P.	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI CON "EQUIPO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO" SE REFIERE A UN "ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA" FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EL EQUIPO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO CORRESPONDE A UN EQUIPO ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, EN CASO DE PRESENTAR CERTIFICADO DE OTRO EQUIPO DE MEDICIÓN, SE DEBERÁ ACREDITAR QUE ESTE CUENTA CON LAS FUNCIONES PARA REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y DEBERÁ ESTAR CALIBRADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO CON EQUIPOS CERTIFICADOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM).
NUMERAL 6.1 INCISO. P.	ENTENDEMOS QUE PODREMOS PRESENTAR EL MISMO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL "EQUIPO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO" Y DEL "ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES" PARA TODAS LAS PARTIDAS EN LAS QUE SON REQUERIDOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE PODRÁN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO" Y DEL "ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES" PARA ACREDITAR DIFERENTES PARTIDAS SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN ESPECIFICADOS EN EL LISTADO DE EQUIPOS DEL NUMERAL 6.1 INCISO. P.
NUMERAL 6.1 INCISO. Q.	FAVOR DE CONFIRMAR QUE NO SE REQUIEREN MANUALES COMPLETOS Y SOLO DEBERÁN ADJUNTARSE A LA PROPUESTA LA CARATULA DEL MANUAL DONDE VENGA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO Y ÚNICAMENTE LAS HOJAS COMPLETAS DONDE VENGA LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETA, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO ADJUNTAR MANUALES COMPLETOS. FAVOR DE ACLARAR.	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1 INCISO. Q. LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR CARATULA DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DONDE SE VEA EL MODELO Y MARCA DEL EQUIPO QUE ESTÁ OFERTANDO, EXTRACTO DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO DONDE SE APRECIE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETA. NO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR EL MANUAL COMPLETO.
NUMERAL 6.1 INCISO. Q.	EN ALGUNOS CASOS LA RUTINA DE MANTENIMIENTO VIENE DENTRO DEL MANUAL DE USUARIO. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR LA CARATULA Y LAS HOJAS QUE DESCRIBEN EL MANTENIMIENTO DEL MANUAL DE USUARIO, TOMANDO EN CUENTA QUE SE DEBE DE TRATAR DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1 INCISO. Q. EL LICITANTE DEBERÁ DE ADJUNTAR LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETA QUE SE ESPECIFIQUE EN EL MANUAL DE SERVICIO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE, NO SE TOMARA COMO VALIDO MANUAL DE USUARIOS.
NUMERAL 6.1 INCISO. Q.	DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS MANUALES DE SERVICIO VIENEN EN OTRO IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR LAS HOJAS CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LA PARTE QUE HABLE DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1 INCISO. Q. LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR CARATULA DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DONDE SE VEA EL MODELO Y MARCA DEL EQUIPO QUE ESTÁ OFERTANDO, EXTRACTO DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO DONDE SE APRECIE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETA. SE PODRÁ ADJUNTAR TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PERO SERÁ VÁLIDO ÚNICAMENTE SI SE ENCUENTRAN ADJUNTA LA CARATULA DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DONDE SE VEA EL MODELO Y MARCA DEL EQUIPO QUE ESTÁ OFERTANDO, EXTRACTO DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO DONDE SE APRECIE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETA.
NUMERAL 6.1 INCISO. Q.	SE PROPONE A LA CONVOCANTE ACEPTAR RUTINAS DE SERVICIO ELABORADAS POR EL LICITANTE, BAJO LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y APEGADAS EN TODO MOMENTO A LO RECOMENDADO POR EL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD (CENETEC) Y QUE INCLUYAN EL CAMBIO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR ASÍ SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN TODO MOMENTO	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1 INCISO. Q. LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR CARATULA DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DONDE SE VEA EL MODELO Y MARCA DEL EQUIPO QUE ESTÁ OFERTANDO, EXTRACTO DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO

?

A

g

9



REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ALGUNOS DE LOS MANUALES DE SERVICIO ESTÁN PROTEGIDOS POR DERECHOS DE AUTOR Y SOLO ESTÁN DISPONIBLES PARA LOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LAS MARCAS, LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	DONDE SE APRECIE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETA. POR MOTIVOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS, NO SE ACEPTARÁN RUTINAS DE MANTENIMIENTO ELABORADAS POR EL LICITANTE.
NUMERAL 6.1 INCISO. Q.	CON REFERENCIA A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR, Y EN CASO DE SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE TODAS LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 15 TIPOS DE EQUIPOS SEAN INCLUIDAS DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS AL ESTAR CONTEMPLADAS BAJO CONTRATO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1 INCISO. Q. LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR CARATULA DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DONDE SE VEA EL MODELO Y MARCA DEL EQUIPO QUE ESTÁ OFERTANDO, EXTRACTO DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO DONDE SE APRECIE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA REALIZADA POR EL LICITANTE YA QUE MODIFICA LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA.
NUMERAL 6.1 INCISO. R.	SOLICITO A LA CONVOCANTE TAMBIÉN ACEPTAR PRESENTAR ADEMÁS DE CONTRATOS, FACTURAS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO YA SEA CON INSTITUCIONES O EMPRESAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1 INCISO. R., DEBERÁ ACREDITAR LA CAPACITACIÓN O CERTIFICACIONES DEL PERSONAL QUE ESTARÁ ASIGNADO PARA DAR MANTENIMIENTO LOS EQUIPOS EN LOS QUE ESTÉ INTERESADO EN PARTICIPAR EL LICITANTE, EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON LOS CONTRATOS QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DE ACTIVIDADES SIMILARES EN OTRAS INSTITUCIONES O EMPRESAS DEL PERSONAL ENLISTADO, EL LICITANTE PODRÁ ACREDITAR SU EXPERIENCIA MEDIANTE COMPROBANTES DE CAPACITACIÓN O CERTIFICACIONES QUE HAYAN SIDO OTORGADOS POR LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS O EMPRESAS RECONOCIDAS ESPECIALIZADAS, PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS DEBERÁ DE ESPECIFICAR QUIEN LA OTORGO Y DATOS DEL CONTACTO, TELÉFONO, CITACIÓN O CERTIFICACIONES EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ DE ANEXAR TRADUCCIÓN DEL COMPROBANTE, DIRECCIÓN, CON LA FINALIDAD DE COTEJAR LA VERACIDAD DEL DOCUMENTO.
NUMERAL 6.1 INCISO. S.	ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y CON FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN DONDE MANIFESTEMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONTAMOS CON INSTALACIONES FÍSICAS ADECUADAS PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y QUE CONTAMOS CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMO ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO, MUNICIPIO O JUNTA AUXILIAR, AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE COFEPRIS, PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, ÁREA FÍSICAS ACONDICIONADAS PARA LA REVISIÓN DE EQUIPOS (GIRO DE LA EMPRESA MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO), LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EN LOS CASOS NECESARIOS SUMINISTRO DE AIRE U OXÍGENO PARA LA REVISIÓN DE VENTILADORES PULMONARES Y LA HERRAMIENTA, ANALIZADORES BIOMÉDICOS, HERRAMIENTA PARA REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA PODER ACREDITAR LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1 INCISO. S. SE DEBERÁ PRESENTAR CARGA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLE SU EMPRESA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN ENLISTADOS EN EL NUMERAL. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE EN SU CASO SE ADJUDIQUE, CON MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EL INSTITUTO EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL LICITANTE ADJUDICADO, REALIZANDO UNA INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES. EN CASO QUE NO SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS SE PROCEDERÁ A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO ADJUDICADO DE CONFORMIDAD CON LO



06 DE JUNIO DE 2022

REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
		ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ARTICULO 98 DE SU REGLAMENTO
NUMERAL 7.1 INCISO. A.	SOLICITO CONVOCANTE INDIQUE Y ACLARE QUE FORMATO SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SI EL ANEXO NÚMERO 7 O EL FORMATO QUE APARECE EN LA PESTAÑA "DESCRIPCIÓN" DE CADA PARTIDA EN ARCHIVO EXCEL, YA QUE EN LOS ARCHIVOS DE EXCEL HAY MAS DATOS A LLENAR QUE EN EL ANEXO NÚMERO 7. FAVOR DE ACLARAR	EL FORMATO QUE SE DEBERÁ UTILIZAR EN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ SER EL ANEXO NÚMERO 7 ESTABLECIENDO EN EL APARTADO DE CANTIDAD, LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN POR MARCA Y MODELO DE EQUIPO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 1
NUMERAL 8.1	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL ANEXO QUE SOLICITAN EN EL PUNTO 8.1 NO ES EL 2, YA QUE EL ANEXO 1 CORRESPONDE A LAS PARTIDAS FAVOR DE ACLARAR	EL ANEXO QUE SE DEBE UTILIZAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8.1 ES EL ANEXO 2 (DOS), SE HACE LA ACLARACIÓN EN LAS PRECISIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA.
NUMERAL 9.3	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA, ES DECIR TODOS LOS VENTILADORES A UN SOLO PROVEEDOR O SERÁ POR EQUIPO Y MARCA ES DECIR LA PARTIDA 1 PUEDE SER ADJUDICADA A 6 PROVEEDORES DISTINTOS FAVOR DE ACLARAR	PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR TIPO DE EQUIPO, MARCA Y MODELO, POR LO QUE DE UNA PARTIDA SE PODRÁ ADJUDICAR A DISTINTOS PROVEEDORES SIEMPRE QUE SE CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN
NUMERAL 9.3	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEMOS DE OFERTAR TODOS LOS EQUIPOS POR PARTIDA O PODEMOS OFERTAR SOLO ALGUNOS FAVOR DE ACLARAR	NO SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE OFERTE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS ENLISTADOS EN UNA PARTIDA, YA QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARA POR TIPO DE EQUIPO, MARCA Y MODELO. POR LO QUE PODRÁ OFERTAR CON LOS QUE CUMPLA LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
ANEXO 1, VENTILADORES, MONITORES, DESFIBRILADORES, MESAS DE CIRUGÍA, RAYOS X, ELECTROMIOGRAFO, LÁMPARAS DE CIRUGÍA, ESTERILIZADORES DE VAPOR, ELECTROCAUTERIOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, CENTRAL DE MONITOREO, CUNA RADIANTE, CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA, EQUIPO DE ISQUEMIA Y SELLADORA TERMICA.	EN ESTE ANEXO CADA ARCHIVO DE EXCEL CORRESPONDIENTE A CADA PARTIDA CONTIENE 4 PESTAÑAS LLAMADAS "DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, EQUIPOS, CALENDARIO", POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTAS CUATRO PESTAÑAS DEBEN PRESENTARSE POR PARTIDA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE ACLARAR	LAS DESCRIPCIONES, ESPECIFICACIONES EQUIPOS Y CALENDARIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ANEXO 1 (UNO) SON PARA CONOCIMIENTO DEL LICITANTE, NO ES NECESARIO QUE ESTAS SEAN FIRMADAS Y ANEXADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO 1, VENTILADORES, MONITORES, DESFIBRILADORES, MESAS DE CIRUGÍA, RAYOS X, ELECTROMIOGRAFO, LÁMPARAS DE CIRUGÍA, ESTERILIZADORES DE VAPOR, ELECTROCAUTERIOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, CENTRAL DE MONITOREO, CUNA RADIANTE, CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA, EQUIPO DE ISQUEMIA Y SELLADORA TERMICA.	RESPECTO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENTENDEMOS QUE SOLO ESTAREMOS OBLIGADOS A REALIZAR LA RUTINA DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDA EN EL MANUAL Y A SOLO CAMBIAR LAS PARTES, REFACCIONES O ELEMENTOS QUE LA RUTINA SEÑALE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
ANEXO 1, VENTILADORES, MONITORES, DESFIBRILADORES, MESAS DE CIRUGÍA, RAYOS X, ELECTROMIOGRAFO, LÁMPARAS DE CIRUGÍA, ESTERILIZADORES DE VAPOR, ELECTROCAUTERIOS, ELECTROCARDIOGRAFOS,	RESPECTO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ESTABLECE QUE SERÁN ILIMITADOS Y LOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE QUE TANTO REFACCIONES, ACCESORIOS, COMPONENTES O CUALQUIER PARTE NECESARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE COTIZARA POR APARTE. FAVOR DE ACLARAR	EN CASO DE QUE DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO EL PROVEEDOR DIAGNOSTIQUE QUE SE REQUIERE EL CAMBIO DE ALGUNOS ELEMENTOS, COMPONENTES O REFACCIONES, DEBERÁ DE ENTREGAR LA ORDEN DE SERVICIO CON EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO INDICANDO EL NÚMERO DE PARTE DE LA REFACCIÓN, ELEMENTO O COMPONENTE DAÑADO. EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN



REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
CENTRAL DE MONITOREO, CUNA RADIANTE, CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA, EQUIPO DE ISQUEMIA Y SELLADORA TERMICA.		ENTREGARA AL PROVEEDOR LAS REFACCIONES NUEVAS PARA SU INSTALACIÓN UNA VEZ QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA SU ADQUISICIÓN, PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTE NO GENERARA NINGÚN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO.
ANEXO 1, VENTILADORES, MONITORES, DESFIBRILADORES, MESAS DE CIRUGÍA, RAYOS X, ELECTROMIOGRAFO, LÁMPARAS DE CIRUGÍA, ESTERILIZADORES DE VAPOR, ELECTROCAUTERIOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, CENTRAL DE MONITOREO, CUNA RADIANTE, CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA, EQUIPO DE ISQUEMIA Y SELLADORA TERMICA.	EN EL ARCHIVO DE EXCEL EN LA PESTAÑA DE ESPECIFICACIONES EN LA FRACCIÓN III DICE: "EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN ENTREGARA AL PROVEEDOR LAS REFACCIONES NUEVAS PARA SU INSTALACIÓN PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTE NO GENERARA NINGÚN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO", POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERE CON ESTE PUNTO. FAVOR DE ACLARAR	EL LICITANTE ADJUDICADO REALIZARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ILIMITADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE DIAGNOSTIQUE QUE UN EQUIPO REQUIERA DE CAMBIO DE ELEMENTOS, COMPONENTES O REFACCIONES, PARA QUE SE CONCLUYA CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL EQUIPO ESTE FUNCIONAL, EL INSTITUTO A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Y DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO REALIZARAN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA ADQUIRIR LOS ELEMENTOS, COMPONENTES O REFACCIONES NECESARIOS; UNA VEZ ADQUIRIDOS SERÁN ENTREGADOS AL PROVEEDOR ADJUDICADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y ESTE REALIZARA EL CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS, COMPONENTES O REFACCIONES SIN QUE SE GENERE UN COSTO ADICIONAL POR LA MANO DE OBRA PARA CONCLUIR CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO.
ANEXO 1, TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS EQUIPOS ENLISTADOS EN LAS PARTIDAS DEL ANEXO 1 SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	LOS EQUIPOS ENLISTADOS EN EL ANEXO 1 (UNO), SE ENCUENTRAN FUNCIONALES A LA FECHA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
ANEXO 1, TODAS LAS PARTIDAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE COMO DEBEMOS DE PROCEDER CON LAS REFACCIONES PARA CORRECTIVO QUE SE ENCUENTREN FUERA KIT DE MANTENIMIENTO ENLISTADO EN EL MANUAL DE SERVICIO. FAVOR DE ACLARAR	EN CASO DE QUE DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO EL PROVEEDOR DIAGNOSTIQUE QUE SE REQUIERE EL CAMBIO DE ALGUNOS ELEMENTOS, COMPONENTES O REFACCIONES, DEBERÁ DE ENTREGAR LA ORDEN DE SERVICIO CON EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO INDICANDO EL NÚMERO DE PARTE DE LA REFACCIÓN, ELEMENTO O COMPONENTE DAÑADO. EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN ENTREGARA AL PROVEEDOR LAS REFACCIONES NUEVAS PARA SU INSTALACIÓN UNA VEZ QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA SU ADQUISICIÓN, PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTE NO GENERARA NINGÚN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO.
ANEXO 1, TODAS LAS PARTIDAS ALCANCE CORRECTIVO DEL	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE MONTO EN REFACCIONES DEBEMOS DE CONSIDERAR EN NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL CASO DE LOS CORRECTIVOS, ES DECIR QUE, SI ALGUNO DE LOS EQUIPOS REQUIERA UN CORRECTIVO MAYOR O CAMBIO DE VARIOS COMPONENTES, SI DEBEMOS DE CONSIDERARLOS EN NUESTRA PROPUESTA INICIAL O ESTOS SE COTIZARAN APARTE FAVOR DE ACLARAR	NO SE DEBERÁ CONSIDERAR UN MONTO PARA LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS, SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS REFACCIONES, ELEMENTOS O COMPONENTES QUE SE ENCUENTREN INDICADAS EN EL MANUAL DE SERVICIO DE LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN CASO DE QUE DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO EL PROVEEDOR DIAGNOSTIQUE QUE SE REQUIERE EL CAMBIO DE ALGUNOS ELEMENTOS, COMPONENTES O REFACCIONES, DEBERÁ DE ENTREGAR LA ORDEN DE SERVICIO CON EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO INDICANDO EL NÚMERO DE PARTE DE LA REFACCIÓN, ELEMENTO O COMPONENTE DAÑADO. EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN ENTREGARA AL PROVEEDOR LAS REFACCIONES NUEVAS PARA SU INSTALACIÓN UNA VEZ QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA SU ADQUISICIÓN, PARA



06 DE JUNIO DE 2022

REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
		CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTE NO GENERARA NINGÚN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO.
ANEXO 1, TODAS LAS PARTIDAS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITO A LA CONVOCANTE NO ACLARE SI DEBEMOS DE PROPORCIONAR TODAS LAS REFACCIONES EN CASO DE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO O HASTA QUE MONTO SE DEBEN DE CONSIDERAR LAS MISMAS	NO SE DEBERÁ CONSIDERAR UN MONTO PARA LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS, SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS REFACCIONES, ELEMENTOS O COMPONENTES QUE SE ENCUENTREN INDICADAS EN EL MANUAL DE SERVICIO DE LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN CASO DE QUE DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO EL PROVEEDOR DIAGNOSTIQUE QUE SE REQUIERE EL CAMBIO DE ALGUNOS ELEMENTOS, COMPONENTES O REFACCIONES, DEBERÁ DE ENTREGAR LA ORDEN DE SERVICIO CON EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO INDICANDO EL NÚMERO DE PARTE DE LA REFACCIÓN, ELEMENTO O COMPONENTE DAÑADO. EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN ENTREGARA AL PROVEEDOR LAS REFACCIONES NUEVAS PARA SU INSTALACIÓN UNA VEZ QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA SU ADQUISICIÓN, PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTE NO GENERARA NINGÚN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO.
ANEXO 1, TODAS LAS PARTIDAS CORRECTIVOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	¿PARA EL CASO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, DEBEMOS DE CONSIDERAR SOLO LAS DEL KIT DE MANTENIMIENTO ENLISTADO EN EL MANUAL DE SERVICIO O DE USUARIO O TAMBIÉN DEBEMOS DE CONSIDERAR ALGUNOS ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES? ¿EN CASO DE QUE SI SE DEBAN DE CONSIDERAR NOS PUEDEN INDICAR CUALES O HASTA QUE MONTO DEBEMOS DE TOMAR EN CUENTA PARA NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA?	ÚNICAMENTE SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS REFACCIONES, ELEMENTOS O COMPONENTES QUE SE ENCUENTREN INDICADAS EN EL MANUAL DE SERVICIO DE LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. LA PROPUESTA NO DEBERÁ CONSIDERAR CONSUMIBLES NI ACCESORIOS.
ANEXO 1, 3-MONITORES	EN EL ANEXO 1 DEL ARCHIVO EXCEL EN LA PESTAÑA "DESCRIPCIÓN" INDICA QUE EL MONITOR DE LA MARCA G.E. DATEX-OHMEDA ES MODELO "LIGHT", SIN EMBARGO, EN EL MISMO ARCHIVO DE EXCEL EN LA PESTAÑA "EQUIPOS" INDICA QUE EL MODELO ES "S/5 LIGHT", POR LO QUE SE PIDE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL MODELO CORRECTO DE ESTE MONITOR. FAVOR DE ACLARAR	LA MARCA Y MODELO CORRECTO QUE CORRESPONDE A LOS EQUIPOS DEL ANEXO 1 (UNO)/ 02.-MONITOR DE SIGNOS VITALES / EQUIPOS / RENGLÓN 7 Y 8 ES MARCA DATEX - OHMEDA MODELO LIGHT.
ANEXO 1, 5- RAYOS X	EN EL ANEXO 1 DEL ARCHIVO EXCEL EN LA PESTAÑA "DESCRIPCIÓN" INDICA QUE EL RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS ES MODELO "MOBILET PLUS", SIN EMBARGO, EN EL MISMO ARCHIVO DE EXCEL EN LA PESTAÑA "EQUIPOS" INDICA QUE EL MODELO ES "MOBILET PLUS 6337617X037E", POR LO QUE SE PIDE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL MODELO CORRECTO DE ESTE MONITOR. FAVOR DE ACLARAR	LA MARCA Y MODELO CORRECTO QUE CORRESPONDE A LOS EQUIPOS DEL ANEXO 1 (UNO)/ 05- RAYOS X/ EQUIPOS / RENGLÓN 1 ES MARCA SIEMENS MODELO MOBILET PLUS.
ANEXO 1, 13- CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL MODELO DE LA CAMA YA QUE DE LA MARCA SAVION LOS MODELOS SON: GALILEO, IC 930, HLF 576, HLF 535P, HLF 560P, HLF574 O BIEN SI NO HAY MODELO TAMBIÉN CONFIRMAR QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR LA RUTINA DEL MANUAL CORRECTA TODA VEZ QUE NO SE SEÑALA EL MODELO EN ESPECIFICO FAVOR DE ACLARAR	LA MARCA Y MODELO CORRECTO QUE CORRESPONDE A LOS EQUIPOS DEL ANEXO 1 (UNO)/ 13- CAMAS TERAPIA INTENSIVA/ EQUIPOS / RENGLÓN 1-6 ES MARCA SAVION MODELO GALILEO.
ANEXO 1, 15- SELLADORA TÉRMICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL ES EL MODELO DE LA SELLADORA MARCA EEE, O BIEN SI NO HAY MODELO TAMBIÉN CONFIRMAR QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR LA RUTINA DEL MANUAL CORRECTA TODA VEZ QUE NO SE SEÑALA EL MODELO EN ESPECIFICO. FAVOR DE ACLARAR	LA MARCA Y MODELO CORRECTO QUE CORRESPONDE A LOS EQUIPOS DEL ANEXO 1 (UNO)/ 15- SELLADORA TERMICA / EQUIPOS / RENGLÓN 1 ES MARCA EEE MODELO 1500 MI



REMITENTE	FECHA
CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	03/06/2022 06:56 P. M.

REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
NUMERAL 6.1, INCISO R	SOLICITAN LOS CONTRATOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ LOS SERVICIOS, ¿DEBIDO A QUE NO SIEMPRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HAYA TRABAJADO EL PERSONAL DE SERVICIO LES PROPORCIONAN UN CONTRATO LABORAL, PODEMOS DEMOSTRAR ESA EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES CON ÓRDENES DE SERVICIO DONDE HAYA PARTICIPADO DICHO PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS?	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1 INCISO. R., DEBERÁ ACREDITAR LA CAPACITACIÓN O CERTIFICACIONES DEL PERSONAL QUE ESTARÁ ASIGNADO PARA DAR MANTENIMIENTO LOS EQUIPOS EN LOS QUE ESTÉ INTERESADO EN PARTICIPAR EL LICITANTE, EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON LOS CONTRATOS QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DE ACTIVIDADES SIMILARES EN OTRAS INSTITUCIONES O EMPRESAS DEL PERSONAL ENLISTADO, EL LICITANTE PODRÁ ACREDITAR SU EXPERIENCIA MEDIANTE COMPROBANTES DE CAPACITACIÓN O CERTIFICACIONES QUE HAYAN SIDO OTORGADOS POR LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS O EMPRESAS RECONOCIDAS ESPECIALIZADAS, PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS DEBERÁ DE ESPECIFICAR QUIEN LA OTORGO Y DATOS DEL CONTACTO, TELÉFONO, CITACIÓN O CERTIFICACIONES EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ DE ANEXAR TRADUCCIÓN DEL COMPROBANTE, DIRECCIÓN, CON LA FINALIDAD DE COTEJAR LA VERACIDAD DEL DOCUMENTO.
NUMERAL 8.1	¿SE REFIEREN EN AMBOS PÁRRAFOS AL ANEXO NÚMERO 2 (DOS)?, YA QUE EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ES EL ANEXO TÉCNICO.	EL ANEXO QUE SE DEBE UTILIZAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8.1 ES EL ANEXO 2 (DOS), SE HACE LA ACLARACIÓN EN LAS PRECISIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA.
ANEXO NÚMERO 1 (UNO), PARTIDA 01 VENTILADORES PULMONARES EN EL CALENDARIO, REFERENCIA 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA FECHA CORRECTA DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO	EL SEGUNDO MANTENIMIENTO SERÁ DEL 01 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
ANEXO 1 (UNO) PUNTO 5 INCISO D ESPECIFICACIONES PARTIDA 9 ELECTROCAUTERIO	ES POSIBLE CONSIDERAR UN PLAZO MAYOR (15 DÍAS) PARA LA ENTREGA DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD, ENTREGANDO UN EQUIPO DE RESPALDO PARA LA CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES.	SE REALIZA LA ACLARACIÓN EN LAS PRECISIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DONDE SE ELIMINA EL INCISO D DEL APARTADO V PENAS CONVENCIONALES DEL ANEXO 1 (UNO)

REMITENTE	FECHA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	03/06/2022 05:00 P. M.

REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
PREGUNTA 1, ANEXO 1, TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA RATIFICAR SI EL PRECIO DE LAS REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD SE DEBE DE INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO O SE COBRARAN APARTE PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE CONSERVACION. FAVOR DE ACLARAR	SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS REFACCIONES, ELEMENTOS O COMPONENTES QUE SE ENCUENTREN INDICADAS EN EL MANUAL DE SERVICIO DE LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN CASO DE QUE DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO EL PROVEEDOR DIAGNOSTIQUE QUE SE REQUIERE EL CAMBIO DE ALGUNOS ELEMENTOS, COMPONENTES O REFACCIONES, DEBERÁ DE ENTREGAR EL ORDEN DE SERVICIO CON EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO INDICANDO EL NÚMERO DE PARTE DE LA REFACCIÓN, ELEMENTO O COMPONENTE DAÑADO. EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN ENTREGARÁ AL PROVEEDOR LAS REFACCIONES NUEVAS PARA SU INSTALACIÓN UNA VEZ QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA SU ADQUISICIÓN, PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTE NO GENERARÁ NINGÚN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO.



06 DE JUNIO DE 2022

REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
PREGUNTA 2, ANEXO 1, TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO AL 100%.	LOS EQUIPOS ENLISTADOS EN EL ANEXO 1 (UNO), SE ENCUENTRAN FUNCIONALES A LA FECHA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
PREGUNTA 3, ANEXO 1, TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO SE ENCUENTRE FUERA DE SERVICIO, CUAL SERÁ EL PROCEDIMIENTO PARA SEGUIR.	LOS EQUIPOS ENLISTADOS EN EL ANEXO 1 (UNO), SE ENCUENTRAN FUNCIONALES A LA FECHA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
PREGUNTA 4, NUMERAL 6.1, INCISO R, PRESENTACION DE CONTRATOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA NO GENERAR UN ARCHIVO ELECTRONICO DEMASIADO EXTENSO Y PESADO NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LA CARÁTULA, LA HOJA DE LA CLAUSULA DONDE SE ESPECIFIQUE EL OBJETO DE LA CONTRATACION, LA HOJA DE FECHAS DE LA VIGENCIA, Y LA HOJA DE FIRMAS DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ¿SE ACEPTA?	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 6.1 INCISO. Q. LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR CARATULA DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DONDE SE VEA EL MODELO Y MARCA DEL EQUIPO QUE ESTÁ OFERTANDO, EXTRACTO DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO DONDE SE APRECIE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETA. SE PODRÁ ADJUNTAR TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PERO SERÁ VÁLIDO ÚNICAMENTE SI SE ENCUENTRAN ADJUNTA LA CARATULA DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DONDE SE VEA EL MODELO Y MARCA DEL EQUIPO QUE ESTÁ OFERTANDO, EXTRACTO DEL MANUAL DEL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO DONDE SE APRECIE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETA.
PREGUNTA 5, NUMERAL 9.1, EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS, PARRAFO 5	INDICA QUE SE VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6 Y 6.1 DE LAS BASES. FAVOR DE ACLARAR CUALES SON LOS REQUISITOS DEL NUMERAL 6	EL NUMERAL 6 CONTEMPLA TODOS LOS REQUISITOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NUMERAL 6.1
PREGUNTA 6, ANEXO NUMERO 7, PROPUESTA ECONOMICA	FAVOR DE ACLARAR SI EN LA COLUMNA CANTIDAD SE DEBE ANOTAR EL TOTAL DE LOS SERVICIOS	EL FORMATO QUE SE DEBERÁ UTILIZAR EN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERÁ SER EL ANEXO NÚMERO 7 ESTABLECIENDO EN EL APARTADO DE CANTIDAD, LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN POR MARCA Y MODELO DE EQUIPO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 1
PREGUNTA 7, ANEXO NUMERO 7, PROPUESTA ECONOMICA	EN VIRTUD DE QUE EL PASADO 23 DE ABRIL DE 2021 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN EL CUAL SE DEROGA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 1-A EL CUAL VERSABA SOBRE LA RETENCION DE UN 6% DEL IVA, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO APLICA DICHA RETENCION EN LA PROPUESTA ECONOMICA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. NO APLICA LA RETENCION DE UN 6% DEL IVA
PREGUNTA 8, ANEXO 1 TODAS LAS PARTIDAS, HOJA DESCRIPCION	FAVOR DE ACLARAR SI ADEMÁS DEL ANEXO 7 PROPUESTA ECONOMICA TAMBIEN SE DEBE INCLUIR LA HOJA "DESCRIPCION" DEL ANEXO 1 COMO PARTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA.	EL FORMATO QUE SE DEBERÁ UTILIZAR EN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERÁ SER EL ANEXO NÚMERO 7 ESTABLECIENDO EN EL APARTADO DE CANTIDAD, LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN POR MARCA Y MODELO DE EQUIPO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 1, EL APARTADO DE DESCRIPCION ES PARA CONOCIMIENTO DEL LICITANTE.
PREGUNTA 9, ANEXO 1 TODAS LAS PARTIDAS, HOJA DESCRIPCION	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, FAVOR DE ACLARAR SI EN LA COLUMNA PRECIO UNITARIO SE DEBE DE ANOTAR EL PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO	EL FORMATO QUE SE DEBERÁ UTILIZAR EN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERÁ SER EL ANEXO NÚMERO 7 ESTABLECIENDO EN EL APARTADO DE CANTIDAD, LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN POR MARCA Y MODELO DE EQUIPO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 1, EL APARTADO DE DESCRIPCION ES PARA CONOCIMIENTO DEL LICITANTE.
PREGUNTA 10, NUMERAL 8.1	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EL ANEXO QUE SE DEBE DE PRESENTAR ES EL NUMERO 2 "ACREDITACION DEL LICITANTE"	EL ANEXO QUE SE DEBE UTILIZAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8.1 ES EL ANEXO 2 (DOS), SE HACE LA ACLARACIÓN EN LAS PRECISIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA.



REMITENTE	FECHA
MEDINGENIUM S.A. DE C.V.	03/06/2022 02:12 P. M.

REFERENCIA	PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
NUMERAL 6.1, INCISO R	PARA JUSTIFICAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EQUIPO MÉDICO EMITIDOS POR AGENTES CAPACITADORES AVALADOS POR LA STPS (SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.) ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1 INCISO R., DEBERÁ ACREDITAR LA CAPACITACIÓN O CERTIFICACIONES DEL PERSONAL QUE ESTARÁ ASIGNADO PARA DAR MANTENIMIENTO LOS EQUIPOS EN LOS QUE ESTÉ INTERESADO EN PARTICIPAR EL LICITANTE, EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON LOS CONTRATOS QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DE ACTIVIDADES SIMILARES EN OTRAS INSTITUCIONES O EMPRESAS DEL PERSONAL ENLISTADO, EL LICITANTE PODRÁ ACREDITAR SU EXPERIENCIA MEDIANTE COMPROBANTES DE CAPACITACIÓN O CERTIFICACIONES QUE HAYAN SIDO OTORGADOS POR LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS O EMPRESAS RECONOCIDAS ESPECIALIZADAS, PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS DEBERÁ DE ESPECIFICAR QUIEN LA OTORGO Y DATOS DEL CONTACTO, TELÉFONO, CITACIÓN O CERTIFICACIONES EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ DE ANEXAR TRADUCCIÓN DEL COMPROBANTE, DIRECCIÓN, CON LA FINALIDAD DE COTEJAR LA VERACIDAD DEL DOCUMENTO.
NUMERAL 6.1, INCISO P	ENTENDEMOS QUE PARA CADA SERVICIO REALIZADO SE REQUIERE DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN SEGÚN LA ESPECIALIDAD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR EQUIPOS DE MEDICIÓN CERTIFICADOS QUE TENGA LA FUNCIÓN DE "PRUEBAS DE AISLAMIENTO" AVALANDO DICHA FUNCIÓN CON EL MANUAL DE USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE EL EQUIPO CUENTA CON LAS FUNCIONES PARA REALIZAR PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y DEBERÁ ESTAR CALIBRADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO CON EQUIPOS CERTIFICADOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM).
NUMERAL 6.1, INCISO R	SE ENTIENDE QUE LOS CONTRATOS SOLICITADOS DE ACTIVIDADES SIMILARES SON PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, ES DECIR, CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA EMPRESA LICITANTE Y OTRAS INSTITUCIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL INCISO 6.1 INCISO R. SON PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y CAPACITACION DEL PERSONAL QUE REALIZAR LOS SERVICIOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.1 INCISO R., DEBERÁ ACREDITAR LA CAPACITACIÓN O CERTIFICACIONES DEL PERSONAL QUE ESTARÁ ASIGNADO PARA DAR MANTENIMIENTO LOS EQUIPOS EN LOS QUE ESTÉ INTERESADO EN PARTICIPAR EL LICITANTE, EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON LOS CONTRATOS QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DE ACTIVIDADES SIMILARES EN OTRAS INSTITUCIONES O EMPRESAS DEL PERSONAL ENLISTADO, EL LICITANTE PODRÁ ACREDITAR SU EXPERIENCIA MEDIANTE COMPROBANTES DE CAPACITACIÓN O CERTIFICACIONES QUE HAYAN SIDO OTORGADOS POR LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS O EMPRESAS RECONOCIDAS ESPECIALIZADAS, PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS DEBERÁ DE ESPECIFICAR QUIEN LA OTORGO Y DATOS DEL CONTACTO, TELÉFONO, CITACIÓN O CERTIFICACIONES EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ DE ANEXAR TRADUCCIÓN DEL COMPROBANTE, DIRECCIÓN, CON LA FINALIDAD DE COTEJAR LA VERACIDAD DEL DOCUMENTO.
ANEXO 1 II. CENTRAL DE MONITOREO. REQUERIMIENTO CONCEPTO: MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODELO PIC IX DE CENTRAL DE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI EL SERVICIO SOLICITADO ES ÚNICAMENTE PARA LAS 8 (OCHO) CENTRALES DE MONITOREO SIN INCLUIR MONITORES DE SIGNOS VITALES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL ANEXO 1 PARTIDA II. CENTRAL DE MONITOREO. CORRESPONDE A UNA CENTRAL DE MONITOREO COMPUESTA POR 8 MONITORES DE SIGNOS VITALES.



06 DE JUNIO DE 2022

Table with 3 columns: REFERENCIA, PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN, RESPUESTA DE LA CONVOCANTE. Contains questions and answers regarding equipment specifications and pricing.

Table with 2 columns: REMITENTE, FECHA. Contains 'CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV' and '03/06/2022 11:48 A. M.'

Main table with 3 columns: REFERENCIA, PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN, RESPUESTA DE LA CONVOCANTE. Contains detailed questions and answers about contract terms, service hours, and equipment procurement.

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



Table with 3 columns: REFERENCIA, PREGUNTA O SOLICITUD DE ACLARACIÓN, and RESPUESTA DE LA CONVOCANTE. It contains two rows of questions and answers regarding medical equipment maintenance.

Handwritten blue mark resembling a question mark.

Handwritten blue letter 'A'.

Handwritten blue letter 'J'.

APERTURA DE PROPOSICIONES

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL EVENTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS 12:00 HORAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.

CIERRE DE ACTA


NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS 17:20 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO NO INVALIDA EL CONTENIDO Y EFECTOS DE LA PRESENTE, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO (COMPRANET).

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Handwritten blue mark resembling a question mark.



06 DE JUNIO DE 2022

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
 MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	 ARQ. PABLO ISRAEL OVANDO ZARATE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	 ING. ROSALBA GARCÍA GONZÁLEZ JEFE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

