



17 DE ABRIL DE 2023

EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 10:01 HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UMAE CENTRO MÉDICO NACIONAL "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO", HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS LIC. ARTURO DAMAZO CESAR, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES, ING. ROSALBA GARCIA GONZALEZ, JEFA DE DIVISIÓN DE INGENIERIA BIOMÉDICA, ARQ. PABLO ISRAEL OVANDO ZARATE, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, LIC. ALICIA ROSALES PELAEZ, ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO; PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR091-N-24-2023 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO, DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA; EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE FALLO SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

ANTECEDENTES

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN APEGO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS: 25 SEGUNDO PÁRRAFO, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32 PÁRRAFO SEGUNDO, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 37 BIS, 47, 48, 49, 50, 54, 54 BIS Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP); 35, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 Y 54 DE SU REGLAMENTO; LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA; SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA-50-GYR-050GYR091-N-24-2023 A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD CENTRO MÉDICO NACIONAL "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO" HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: -----

PRIMERO: CON FECHA VEINTITRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS SE PUBLICÓ EL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET.-----

SEGUNDO: CON FECHA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS SE REALIZÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 SEGUNDO PÁRRAFO Y LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. -----

TERCERO: CON FECHA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS SE REALIZÓ LA APERTURA DE PROPOSICIONES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 SEGUNDO PÁRRAFO Y DE LA CONVOCATORIA RECIBIÉNDOSE LAS PROPUESTAS DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

Table with 2 columns: N° and LICITANTE. Lists 14 bidders including 9 ONCE DISTRIBUIDORA SA DE CV, AMC BIOMEDICAL SA DE CV, BIOTECNOLOGIA Y COMERCIALIZADORA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV, etc.

PARTIDAS CANCELADAS

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS CONCEPTOS 1, 2, 3, Y 4 DE LA PARTIDA 7 DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO LOS CUALES SE CANCELAN DERIVADO QUE SE PRESENTARON FALLAS EN ESTOS EQUIPOS QUE REQUIEREN DE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIFERENTE AL SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO, MOTIVO POR EL CUAL NO ES POSIBLE QUE SE CONTINUE CON EL PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN YA QUE EL SERVICIO ESPECIFICADO NO SERA SUCEPTIBLE DE SER REALIZADO.

Table with 3 columns: Nombre del Grupo, Número, Descripción. Lists cancelled items like LAMPARAS DE CIRUGIA MARCA HERAEUS MODELO HANAULUX OSLO DUO.

DE CONFORMIDAD CON EL CUARTO PARRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS QUE FUERON CANCELADAS AL DETERMINARSE QUE DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A ESTA DEPENDENCIA. POR LO QUE NO SE EVALUARAN LAS PROPUESTAS DE ESTA PARTIDA.



17 DE ABRIL DE 2023

DESARROLLO DEL EVENTO

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO ESTANDO PRESENTES EL, LIC. ARTURO DAMAZO CESAR, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES; QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO Y EN PRESENCIA DE; ING. ROSALBA GARCIA GONZALEZ, JEFA DE DIVISIÓN DE INGENIERIA BIOMÉDICA, ARQ. PABLO ISRAEL OVANDO ZARATE, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, LIC. ALICIA ROSALES PELAEZ, ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE REALIZÓ EL ANÁLISIS POR PARTE DE ESTA CONVOCANTE DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 36 BIS INCISO II Y 37 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS:

A CONTINUACION SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS POR PARTIDA DE LOS LICITANTES QUE NO FUERON EVALUADAS DERIVADO QUE PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS SE ESTABLECIO EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO EN EL NUMERAL 10 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE ADJUDICA A QUIEN CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO, MOTIVO POR EL CUAL LAS PROPUESTAS DE LOS SIGUIENTES LICITANTES NO FUERON EVALUADAS AL RECIBIRSE AL MENOS DOS PROPUESTAS SOLVENTES CON UN PRECIO MENOR DE LAS PARTIDAS OFERTADAS,

Table with 2 columns: N° and LICITANTE. Rows include CIBERNETICA Y MEDICINA SA DE CV, ESPECTRO BIOMEDICO SA DE CV, HCPROMEDICAL SA DE CV, and INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV.

CIBERNETICA Y MEDICINA SA DE CV -
Forma de Participación: Electrónica
RFC: CME941017U7

Main table with columns: Nombre del Grupo, Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad solicitada, Precio Unitario, Subtotal, IVA, Otros impuestos, Monto total de la oferta. Contains detailed pricing for various medical equipment and services.

ESPECTRO BIOMEDICO SA DE CV -
Forma de Participación: Electrónica
RFC: EB11012166P1

Summary table for ESPECTRO BIOMEDICO SA DE CV with columns: Requerimientos Económicos por: Grupo/Partida, Subtotal, IVA, Otros impuestos, Monto total de la oferta.



17 DE ABRIL DE 2023

ESPECTRO BIOMEDICO SA DE CV -  
Forma de Participación: Electrónica  
RFC: EBI012166P1

Requerimientos Económicos por: Grupo/Partida					Requerimie ntos con respuesta	Subtotal	IVA	Otros impuesto s	Monto total de la oferta
PARTIDA 1	1	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO VSO2	SERVICIO	3.00	12,000.00	36,000.00	5,760.00		41,760.00
PARTIDA 1	2	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO AVS III	SERVICIO	3.00	12,000.00	36,000.00	5,760.00		41,760.00
PARTIDA 1	3	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART	SERVICIO	6.00	16,000.00	96,000.00	15,360.00		111,360.00
PARTIDA 1	4	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA HAMILTON MODELO GALILEO	SERVICIO	3.00	16,000.00	48,000.00	7,680.00		55,680.00
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	8,000.00	96,000.00	15,360.00		111,360.00
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	8,000.00	48,000.00	7,680.00		55,680.00
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	8,000.00	48,000.00	7,680.00		55,680.00
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA D MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	8,000.00	1,080,000.00	172,800.00		1,252,800.00
PARTIDA 3	1	DEFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV	SERVICIO	6.00	9,000.00	54,000.00	8,640.00		62,640.00
PARTIDA 3	2	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	SERVICIO	9.00	9,000.00	81,000.00	12,960.00		93,960.00
PARTIDA 3	3	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	SERVICIO	3.00	9,000.00	27,000.00	4,320.00		31,320.00
PARTIDA 3	4	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE	SERVICIO	18.00	9,000.00	162,000.00	25,920.00		187,920.00
PARTIDA 3	5	DEFIBRILADOR MARCA S&W MODELO CARDIO-AID MC+	SERVICIO	3.00	9,000.00	27,000.00	4,320.00		31,320.00
PARTIDA 3	6	DEFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	SERVICIO	6.00	9,000.00	54,000.00	8,640.00		62,640.00
PARTIDA 4	1	MESA QUIRURGICA MARCA MAQUETT, MODELO ORTHOSTAR 1420.02 CO	SERVICIO	9.00	8,000.00	72,000.00	11,520.00		83,520.00
PARTIDA 4	2	MESA QUIRURGICA MARCA SCHMITZ, MODELO ¿OPX- MOBILIS RC-306	SERVICIO	3.00	8,000.00	24,000.00	3,840.00		27,840.00
PARTIDA 4	3	MESA QUIRURGICA MARCA MEDIFA MODELO MOT-6000	SERVICIO	3.00	8,000.00	24,000.00	3,840.00		27,840.00
PARTIDA 5	1	EQUIPO MOVIL DE RAYOS X MARCA SIEMENS MODELO MOBILET PLUS	SERVICIO	3.00	24,000.00	72,000.00	11,520.00		83,520.00
PARTIDA 5	2	EQUIPO MOVIL ARCO QUIRURGICO EN C CON FLUOROSCOPIA MARCA OEC MODELO 7700	SERVICIO	3.00	30,000.00	90,000.00	14,400.00		104,400.00
PARTIDA 8	1	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: FEHLMEX MODELO:KARB1626EG	SERVICIO	3.00	34,000.00	102,000.00	16,320.00		118,320.00
PARTIDA 8	2	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: INTERAMERICANA MODELO: 1616	SERVICIO	3.00	34,000.00	102,000.00	16,320.00		118,320.00
PARTIDA 8	3	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE CEYE MARCA: SIMEX MODELO: MCI	SERVICIO	3.00	34,000.00	102,000.00	16,320.00		118,320.00
PARTIDA 9	1	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SYSTEM 5000	SERVICIO	6.00	8,000.00	48,000.00	7,680.00		55,680.00
PARTIDA 9	2	ELECTROCAUTERIO MARCAR ALSA MODELO EXCELL 350 MCDSE	SERVICIO	9.00	8,000.00	72,000.00	11,520.00		83,520.00
PARTIDA 9	3	ELECTROCAUTERIO MARCA	SERVICIO	6.00	8,000.00	48,000.00	7,680.00		55,680.00



17 DE ABRIL DE 2023

ESPECTRO BIOMEDICO SA DE CV -  
Forma de Participación: Electrónica  
RFC: EB11012166P1

Requerimientos Económicos por: Grupo/Partida				Requerimientos con respuesta	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Monto total de la oferta
		CONMED MODELO SABRE 180						
PARTIDA 10	1	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK MODELO EK10	SERVICIO	3.00	6,000.00	18,000.00	2,880.00	20,880.00
PARTIDA 10	2	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO MAC 1200	SERVICIO	3.00	6,000.00	18,000.00	2,880.00	20,880.00
PARTIDA 10	3	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BTL MODELO BTL-08-LT	SERVICIO	6.00	6,000.00	36,000.00	5,760.00	41,760.00
PARTIDA 11	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODELO PIC IX DE CENTRAL DE MONITOREO	SERVICIO	24.00	8,000.00	192,000.00	30,720.00	222,720.00
PARTIDA 12	1	CUNA RADIANTE MARCA ATMOSCAR, MODELO EXSPECTA	SERVICIO	3.00	10,000.00	30,000.00	4,800.00	34,800.00
PARTIDA 13	1	CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS MARCA SAVION MODELO GALILEO	SERVICIO	12.00	6,000.00	72,000.00	11,520.00	83,520.00
PARTIDA 14	1	EQUIPO NEUMATICO DE ISQUEMIA MARCA ZIMMER MODELO ATS3000	SERVICIO	9.00	8,000.00	72,000.00	11,520.00	83,520.00
PARTIDA 15	1	SELLADORA TERMICA PARA BOLSA DE ESTERILIZACIÓN MARCA EEE MODELO 1500 MI	SERVICIO	2.00	3,000.00	6,000.00	960.00	6,960.00

HCPROMEDICAL SA DE CV -  
Forma de Participación: Electrónica  
RFC: HCP1707286E4

Requerimientos Económicos por: Grupo/Partida				Requerimientos con respuesta	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Monto total de la oferta	
DETALLE DE PRECIOS				38.00	12,423,000.00	1,987,289.00	0.00	14,410,289.00	
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Monto total de la oferta
PARTIDA 1	1	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO VSO2	SERVICIO	3.00	31,000.00	93,000.00	14,880.00		107,880.00
PARTIDA 1	2	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO AVS III	SERVICIO	3.00	31,000.00	93,000.00	14,889.00		107,889.00
PARTIDA 1	3	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART	SERVICIO	6.00	39,000.00	234,000.00	37,440.00		271,440.00
PARTIDA 1	4	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA HAMILTON MODELO GALILEO	SERVICIO	3.00	43,000.00	129,000.00	20,640.00		149,640.00
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	19,500.00	234,000.00	37,440.00		271,440.00
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	19,500.00	117,000.00	18,720.00		135,720.00
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	19,500.00	117,000.00	18,720.00		135,720.00
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA D MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	19,500.00	2,635,000.00	421,200.00		3,056,200.00
PARTIDA 3	1	DESFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV	SERVICIO	6.00	23,000.00	138,000.00	22,080.00		160,080.00
PARTIDA 3	2	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	SERVICIO	9.00	23,000.00	207,000.00	33,120.00		240,120.00
PARTIDA 3	3	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	SERVICIO	3.00	23,000.00	69,000.00	11,040.00		80,040.00
PARTIDA 3	4	DESFIBRILADOR MONITOR	SERVICIO	18.00	23,000.00	414,000.00	66,240.00		480,240.00



17 DE ABRIL DE 2023

HCPROMEDICAL SA DE CV -  
Forma de Participación: Electrónica  
RFC: HCPI707286E4

Requerimientos Económicos por: Grupo/Partida					Requerimie ntos con respuesta	Subtotal	IVA	Otros impuest s	Monto total de la oferta
DETALLE DE PRECIOS					38.00	12,423,000.00	1,987,289.00	0.00	14,410,289.00
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Otros impuesto s	Monto total de la oferta
		MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE							
PARTIDA 3	5	DESFIBRILADOR MARCA S&W MODELO CARDIO-AID MC+	SERVICIO	3.00	23,000.00	69,000.00	11,040.00		80,040.00
PARTIDA 3	6	DESFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	SERVICIO	6.00	23,000.00	138,000.00	22,080.00		160,080.00
PARTIDA 4	1	MESA QUIRURGICA MARCA MAQUETT, MODELO ORTHOSTAR 1420.02 CO	SERVICIO	9.00	49,000.00	441,000.00	70,560.00		511,560.00
PARTIDA 4	2	MESA QUIRURGICA MARCA SCHMITZ, MODELO ¿OPX- MOBILIS RC-306	SERVICIO	3.00	49,000.00	147,000.00	23,520.00		170,520.00
PARTIDA 4	3	MESA QUIRURGICA MARCA MEDIFA MODELO MOT-6000	SERVICIO	3.00	49,000.00	147,000.00	23,520.00		170,520.00
PARTIDA 5	1	EQUIPO MOVIL DE RAYOS X MARCA SIEMENS MODELO MOBILET PLUS	SERVICIO	3.00	190,000.00	570,000.00	91,200.00		661,200.00
PARTIDA 5	2	EQUIPO MOVIL ARCO QUIRURGICO EN C CON FLUROSCOPIA MARCA OEC MODELO 7700	SERVICIO	3.00		570,000.00	91,200.00		661,200.00
PARTIDA 6	1	ELECTROMIOGRAFO MARCA XLTEC MODELO NEUROMEX 1004	SERVICIO	3.00	50,000.00	150,000.00	24,000.00		174,000.00
PARTIDA 8	1	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: FEHLMEX MODELO:KARB1626EG	SERVICIO	3.00	190,000.00	570,000.00	91,200.00		661,200.00
PARTIDA 8	2	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: INTERAMERICANA MODELO: 1616	SERVICIO	3.00	190,000.00	570,000.00	91,200.00		661,200.00
PARTIDA 8	3	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE CEYE MARCA: SIMEX MODELO: MCI	SERVICIO	3.00	190,000.00	570,000.00	91,200.00		661,200.00
PARTIDA 9	1	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SYSTEM 5000	SERVICIO	6.00	45,000.00	270,000.00	43,200.00		313,200.00
PARTIDA 9	2	ELECTROCAUTERIO MARCAR ALSA MODELO EXCELL 350 MCDSE	SERVICIO	9.00	45,000.00	405,000.00	64,800.00		469,800.00
PARTIDA 9	3	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SABRE 180	SERVICIO	6.00	45,000.00	270,000.00	43,200.00		313,200.00
PARTIDA 10	1	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK MODELO EK10	SERVICIO	3.00	25,000.00	75,000.00	12,000.00		87,000.00
PARTIDA 10	2	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO MAC 1200	SERVICIO	3.00	25,000.00	75,000.00	12,000.00		87,000.00
PARTIDA 10	3	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BTL MODELO BTL- 08-LT	SERVICIO	6.00	25,000.00	150,000.00	24,000.00		174,000.00
PARTIDA 11	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODELO PIC IX DE CENTRAL DE MONITOREO	SERVICIO	24.00	18,000.00	432,000.00	69,120.00		501,120.00
PARTIDA 12	1	CUNA RADIANTE MARCA ATMOSCARE, MODELO EXSPECTA	SERVICIO	3.00	43,000.00	129,000.00	20,640.00		149,640.00
PARTIDA 13	1	CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS MARCA SAVION MODELO GALILEO	SERVICIO	12.00	19,500.00	234,000.00	37,440.00		271,440.00
PARTIDA 14	1	EQUIPO NEUMATICO DE ISQUEMIA MARCA ZIMMER MODELO ATS3000	SERVICIO	9.00	31,000.00	279,000.00	44,640.00		323,640.00
PARTIDA 15	1	SELLADORA TERMICA PARA BOLSA DE ESTERILIZACIÓN	SERVICIO	2.00	22,000.00	44,000.00	7,040.00		51,040.00



17 DE ABRIL DE 2023

HCPROMEDICAL SA DE CV -  
Forma de Participación: Electrónica  
RFC: HCP1707286E4

Requerimientos Económicos por: Grupo/Partida					Requerimientos con respuesta	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Monto total de la oferta
DETALLE DE PRECIOS					38.00	12,423,000.00	1,987,289.00	0.00	14,410,289.00
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Monto total de la oferta
PARTIDA 16	1	MARCA EEE MODELO 1500 MI LAVADORA Y DESCONTAMINADORA DE INSTRUMENTAL MÉDICO MARCA MATACHANA MODELO MAT LD 500	SERVICIO	4.00	195,000.00	780,000.00	124,800.00		904,800.00

INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV -  
Forma de Participación: Electrónica  
RFC: IBS050524DJ6

Requerimientos Económicos por: Grupo/Partida					Requerimientos con respuesta	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Monto total de la oferta
DETALLE DE PRECIOS					31.00	2,926,620.00	468,259.20	0.00	3,394,879.20
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Monto total de la oferta
PARTIDA 1	1	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO VSO2	SERVICIO	3.00	20,300.00	60,900.00	9,744.00		70,644.00
PARTIDA 1	2	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO AVS III	SERVICIO	3.00	20,300.00	60,900.00	9,744.00		70,644.00
PARTIDA 1	3	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART	SERVICIO	6.00	20,300.00	121,800.00	19,488.00		141,288.00
PARTIDA 1	4	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA HAMILTON MODELO GALILEO	SERVICIO	3.00	20,300.00	60,900.00	9,744.00		70,644.00
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	5,990.00	71,880.00	11,500.80		83,380.80
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	5,990.00	35,940.00	5,750.40		41,690.40
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	5,990.00	35,940.00	5,750.40		41,690.40
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA D MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	5,990.00	808,650.00	129,384.00		938,034.00
PARTIDA 3	1	DEFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV	SERVICIO	6.00	8,700.00	52,200.00	8,352.00		60,552.00
PARTIDA 3	2	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	SERVICIO	9.00	8,700.00	78,300.00	12,528.00		90,828.00
PARTIDA 3	3	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	SERVICIO	3.00	8,700.00	26,100.00	4,176.00		30,276.00
PARTIDA 3	4	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE	SERVICIO	18.00	8,700.00	156,600.00	25,056.00		181,656.00
PARTIDA 3	5	DEFIBRILADOR MARCA S&W MODELO CARDIO-AID MC+	SERVICIO	3.00	8,700.00	26,100.00	4,176.00		30,276.00
PARTIDA 3	6	DEFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	SERVICIO	6.00	8,700.00	52,200.00	8,352.00		60,552.00
PARTIDA 5	1	EQUIPO MOVIL DE RAYOS X MARCA SIEMENS MODELO MOBILET PLUS	SERVICIO	3.00	49,900.00	149,700.00	23,952.00		173,652.00
PARTIDA 5	2	EQUIPO MOVIL ARCO QUIRURGICO EN C CON FLUROSCOPIA MARCA OEC MODELO 7700	SERVICIO	3.00	49,900.00	149,700.00	23,952.00		173,652.00
PARTIDA 8	1	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA:	SERVICIO	3.00	26,750.00	80,250.00	12,840.00		93,090.00



17 DE ABRIL DE 2023

INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV -  
Forma de Participación: Electrónica  
RFC: IBS050524DJ6

Requerimientos Económicos por: Grupo/Partida					Requerimientos con respuesta	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Monto total de la oferta
DETALLE DE PRECIOS					31.00	2,926,620.00	468,259.20	0.00	3,394,879.20
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Otros impuestos	Monto total de la oferta
		FEHLMEX MODELO:KARB1626EG							
PARTIDA 8	2	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: INTERAMERICANA MODELO: 1616	SERVICIO	3.00	26,750.00	80,250.00	12,840.00		93,090.00
PARTIDA 8	3	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE CEYE MARCA: SIMEX MODELO: MCI	SERVICIO	3.00	26,750.00	80,250.00	12,840.00		93,090.00
PARTIDA 9	1	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SYSTEM 5000	SERVICIO	6.00	4,500.00	27,000.00	4,320.00		31,320.00
PARTIDA 9	2	ELECTROCAUTERIO MARCAR ALSA MODELO EXCELL 350 MCDSE	SERVICIO	9.00	4,500.00	40,500.00	6,480.00		46,980.00
PARTIDA 9	3	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SABRE 180	SERVICIO	6.00	4,500.00	27,000.00	4,320.00		31,320.00
PARTIDA 10	1	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK MODELO EK10	SERVICIO	3.00	12,850.00	38,550.00	6,168.00		44,718.00
PARTIDA 10	2	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO MAC 1200	SERVICIO	3.00	12,850.00	38,550.00	6,168.00		44,718.00
PARTIDA 10	3	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BTL MODELO BTL-08-LT	SERVICIO	6.00	12,850.00	77,100.00	12,336.00		89,436.00
PARTIDA 11	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODELO PIC IX DE CENTRAL DE MONITOREO	SERVICIO	24.00	6,190.00	148,560.00	23,769.60		172,329.60
PARTIDA 12	1	CUNA RADIANTE MARCA ATMOS CARE, MODELO EXSPECTA	SERVICIO	3.00	17,900.00	53,700.00	8,592.00		62,292.00

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

"EN TODOS LOS CASOS LAS CONVOCANTES DEBERÁN VERIFICAR QUE LAS PROPOSICIONES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN; LA UTILIZACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE ADJUDICA A QUIEN CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO, SERÁ APLICABLE CUANDO NO SEA POSIBLE UTILIZAR LOS CRITERIOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES O DE COSTO BENEFICIO. EN ESTE SUPUESTO, LA CONVOCANTE EVALUARÁ AL MENOS LAS DOS PROPOSICIONES CUYO PRECIO RESULTE SER MÁS BAJO; DE NO RESULTAR ÉSTAS SOLVENTES, SE EVALUARÁN LAS QUE LES SIGAN EN PRECIO."

PROPUESTAS DESECHADAS

A CONTINUACIÓN SE INFORMA A LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES NO RESULTARON CON ADJUDICACIÓN DEBIDO A QUE SU PROPUESTA FUE DESECHADA TÉCNICA O ECONÓMICAMENTE, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO: -----

Nº	LICITANTE								
1	9 ONCE DISTRIBUIDORA SA DE CV								
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	MOTIVO 1	MOTIVO 2	
PARTIDA 1	1	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO VSO2	SERVICIO	3.00	2,772.00	8,316.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE		



17 DE ABRIL DE 2023

N° LICITANTE								
1 9 ONCE DISTRIBUIDORA SA DE CV								
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	MOTIVO 1	MOTIVO 2
PARTIDA 1	2	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO AVS III	SERVICIO	3.00	2,772.00	8,316.00	SEGURIDAD ELECTRICA. INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 1	3	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA MODELO SMART	SERVICIO	6.00	2,772.00	16,632.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	NO PRESENTA MANUAL DE SERVICIO TÉCNICO
PARTIDA 1	4	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA HAMILTON MODELO GALILEO	SERVICIO	3.00	2,772.00	8,316.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	739.20	8,870.40	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	739.20	4,435.20	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	739.20	4,435.20	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	1,848.00	249,480.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA	1	DESFIBRILADO	SERVICIO	6.00	1,592.45	9,554.69	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO	



17 DE ABRIL DE 2023

Nº		LICITANTE						
1		9 ONCE DISTRIBUIDORA SA DE CV						
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	MOTIVO 1	MOTIVO 2
3		R MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV					DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 3	2	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	SERVICIO	9.00	1,513.60	13,622.40	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 3	3	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	SERVICIO	3.00	1,513.60	4,540.80	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 3	4	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE	SERVICIO	18.00	1,513.60	27,244.80	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 3	5	DESFIBRILADOR MARCA S&W MODELO CARDIO-AID MC+	SERVICIO	3.00	1,900.80	5,702.40	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 3	6	DESFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	SERVICIO	6.00	1,513.60	9,081.60	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 4	1	MESA QUIRURGICA MARCA MAQUETT, MODELO ORTHOSTAR 1420.02.CO	SERVICIO	9.00	4,620.00	41,580.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	NO PRESENTA MANUAL, SOLO DE USUARIO
PARTIDA 4	2	MESA QUIRURGICA MARCA	SERVICIO	3.00	4,620.00	13,860.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE	



17 DE ABRIL DE 2023

N°		LICITANTE						
1		9 ONCE DISTRIBUIDORA SA DE CV						
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	MOTIVO 1	MOTIVO 2
		SCHMITZ, MODELO ¿OPX-MOBILIS RC-306					SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 4	3	MESA QUIRURGICA MARCA MEDIFA MODELO MOT-6000	SERVICIO	3.00	4,620.00	13,860.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 5	1	EQUIPO MOVIL DE RAYOS X MARCA SIEMENS MODELO MOBILET PLUS	SERVICIO	3.00	11,000.00	33,000.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	NO PRESENTA EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO SOLICITADO
PARTIDA 5	2	EQUIPO MOVIL ARCO QUIRURGICO EN C CON FLUOROSCOPIA MARCA OEC MODELO 7700	SERVICIO	3.00	13,200.00	39,600.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	NO PRESENTA EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO SOLICITADO
PARTIDA 6	1	ELECTROMIOG RAFO MARCA XLTEC MODELO NEUROMEX 1004	SERVICIO	3.00	7,920.00	23,760.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 8	1	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: FEHLMEX MODELO:KARBI 626EG	SERVICIO	3.00	7,040.00	21,120.00	NO PRESENTA EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO SOLICITADO	
PARTIDA 8	2	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: INTERAMERICA NA MODELO: 1616	SERVICIO	3.00	7,040.00	21,120.00	NO PRESENTA EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO SOLICITADO	
PARTIDA 8	3	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE CEYE MARCA: SIMEX MODELO: MC1	SERVICIO	3.00	17,600.00	52,800.00	NO PRESENTA EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO SOLICITADO	
PARTIDA 9	1	ELECTROCAUTE RIO MARCA CONMED MODELO SYSTEM 5000	SERVICIO	6.00	2,288.00	13,728.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL	



17 DE ABRIL DE 2023

Nº		LICITANTE						
1		9 ONCE DISTRIBUIDORA SA DE CV						
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	MOTIVO 1	MOTIVO 2
							NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 9	2	ELECTROCAUTERIO MARCAR ALSA MODELO EXCELL 350 MCDSE	SERVICIO	9.00	2,288.00	20,592.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 9	3	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SABRE 180	SERVICIO	6.00	2,288.00	13,728.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 10	1	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK MODELO EK10	SERVICIO	3.00	880.00	2,640.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 10	2	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO MAC 1200	SERVICIO	3.00	880.00	2,640.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 10	3	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BTL MODELO BTL-08-LT	SERVICIO	6.00	2,640.00	15,840.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 11	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODELO PIC IX DE CENTRAL DE MONITOREO	SERVICIO	24.00	3,960.00	95,040.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 12	1	CUNA RADIANTE MARCA ATMOSCARE, MODELO EXSPECTA	SERVICIO	3.00	5,720.00	17,160.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE	



17 DE ABRIL DE 2023

N° LICITANTE								
1		9 ONCE DISTRIBUIDORA SA DE CV						
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	MOTIVO 1	MOTIVO 2
PARTIDA 13	1	CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS MARCA SAVION MODELO GALILEO	SERVICIO	12.00	3,520.00	42,240.00	SEGURIDAD ELECTRICA. INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	
PARTIDA 14	1	EQUIPO NEUMATICO DE ISQUEMIA MARCA ZIMMER MODELO ATS3000	SERVICIO	9.00	4,400.00	39,600.00	INCONSISTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1785/2022, YA QUE SE INDICA SERÁ FT-UI-001 CALIBRACIÓN DE TERMIHIGRÓMETRO POR COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL INDICA UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, EL CUAL NO ES PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELECTRICA.	

**FUNDAMENTO:** DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTICULO 51 DE SU REGLAMENTO Y AL NUMERAL NÚMERO 11 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LA CONVOCATORIA

"B) CUANDO NO SE ADJUNTEN ARCHIVOS EN LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL –ADMINISTRATIVA, TÉCNICA O ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE, O NO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 6, 7 Y 8 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36, DE LA LAASSP"

N° LICITANTE								
2		AMC BIOMEDICAL SA DE CV						
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	MOTIVO 1	MOTIVO 2
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	1,500.00	202,500.00	NO PRESENTA EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO SOLICITADO	
PARTIDA 3	5	DEFIBRILADOR MARCA S&W MODELO CARDIO-AID MC+	SERVICIO	3.00	1,500.00	4,500.00	NO PRESENTA EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO SOLICITADO	

**FUNDAMENTO:** DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTICULO 51 DE SU REGLAMENTO Y AL NUMERAL NÚMERO 11 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LA CONVOCATORIA

"B) CUANDO NO SE ADJUNTEN ARCHIVOS EN LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL –ADMINISTRATIVA, TÉCNICA O ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE, O NO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 6, 7 Y 8 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36, DE LA LAASSP"

N° LICITANTE								
10		HOSPITAL SOLUTIONS & MEDICAL EQUIPMENT OF CENTER S DE RL DE CV						
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	MOTIVO 1	MOTIVO 2
PARTIDA 4	3	MESA QUIRURGICA MARCA MEDIFA MODELO MOT-6000	SERVICIO	3.00	6,000.00	18,000.00	NO PRESENTA MANUAL DE SERVICIO TÉCNICO Y NO SE OBSERVA LA RUTINA DE PREVENTIVO	
PARTIDA 15	1	SELLADORA TERMICA PARA	SERVICIO	2.00	2,000.00	4,000.00	NO PRESENTA MANUAL DE SERVICIO TÉCNICO	



17 DE ABRIL DE 2023

Nº		LICITANTE						
10		HOSPITAL SOLUTIONS & MEDICAL EQUIPMENT OF CENTER S DE RL DE CV						
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	MOTIVO 1	MOTIVO 2
		BOLSA DE ESTERILIZACIÓN MARCA EEE MODELO 1500 MI						

**FUNDAMENTO:** DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTICULO 51 DE SU REGLAMENTO Y AL NUMERAL NÚMERO 11 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LA CONVOCATORIA

"B) CUANDO NO SE ADJUNTEN ARCHIVOS EN LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL -ADMINISTRATIVA, TÉCNICA O ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE, O NO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 6, 7 Y 8 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36, DE LA LAASSP"

**PROPUESTAS SOLVENTES**

A CONTINUACIÓN SE INFORMA A LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO:

Nº		LICITANTE					
1		9 ONCE DISTRIBUIDORA SA DE CV					
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	
PARTIDA 15	1	SELLADORA TERMICA PARA BOLSA DE ESTERILIZACIÓN MARCA EEE MODELO 1500 MI	SERVICIO	2.00	2,200.00	4,400.00	
PARTIDA 16	1	LAVADORA Y DESCONTAMINADORA DE INSTRUMENTAL MÉDICO MARCA MATACHANA MODELO MAT LD 500	SERVICIO	4.00	14,580.00	58,320.00	

Nº		LICITANTE					
2		AMC BIOMEDICAL SA DE CV					
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	2,000.00	24,000.00	
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	2,000.00	12,000.00	
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	2,000.00	12,000.00	
PARTIDA 3	1	DEFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV	SERVICIO	6.00	1,500.00	9,000.00	
PARTIDA 3	2	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	SERVICIO	9.00	1,500.00	13,500.00	
PARTIDA 3	3	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	SERVICIO	3.00	1,500.00	4,500.00	
PARTIDA 3	4	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE	SERVICIO	18.00	1,500.00	27,000.00	
PARTIDA 3	6	DEFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	SERVICIO	6.00	1,500.00	9,000.00	
PARTIDA 9	1	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SYSTEM 5000	SERVICIO	6.00	1,800.00	10,800.00	
PARTIDA 9	2	ELECTROCAUTERIO MARCAR ALSA MODELO EXCELL 350 MCDSE	SERVICIO	9.00	1,800.00	16,200.00	
PARTIDA 9	3	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SABRE 180	SERVICIO	6.00	1,800.00	10,800.00	
PARTIDA 11	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODELO PIC IX DE CENTRAL DE MONITOREO	SERVICIO	24.00	3,200.00	76,800.00	

Nº		LICITANTE					
3		BIOTECNOLOGÍA Y COMERCIALIZADORA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV					
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal	
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	50,000.00	50,000.00	
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	25,000.00	25,000.00	
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	25,000.00	25,000.00	
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA D MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	562,500.00	562,000.00	
PARTIDA 3	1	DEFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV	SERVICIO	6.00	28,000.00	28,000.00	
PARTIDA 3	2	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	SERVICIO	9.00	42,000.00	42,000.00	
PARTIDA 3	3	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	SERVICIO	3.00	14,000.00	14,000.00	
PARTIDA 3	4	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE	SERVICIO	18.00	84,000.00	84,000.00	
PARTIDA 3	5	DEFIBRILADOR MARCA S&W MODELO RADIO-AID MC+	SERVICIO	3.00	14,000.00	14,000.00	
PARTIDA 3	6	DEFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	SERVICIO	6.00	28,000.00	28,000.00	
PARTIDA 4	1	MESA QUIRURGICA MARCA MAQUETT, MODELO ORHOSTAR 1420.02 CO	SERVICIO	9.00	63,000.00	63,000.00	
PARTIDA 4	2	MESA QUIRURGICA MARCA SCHMITZ, MODELO OPX-MOBILIS RC-306	SERVICIO	3.00	21,000.00	21,000.00	
PARTIDA 4	3	MESA QUIRURGICA MARCA MEDIFA MODELO MOT-6000	SERVICIO	3.00	21,000.00	21,000.00	
PARTIDA 5	1	EQUIPO MOVIL DE RAYOS X MARCA SIEMENS MODELO MOBILET PLUS	SERVICIO	3.00	25,600.00	25,600.00	
PARTIDA 5	2	EQUIPO MOVIL ARCO QUIRURGICO EN C CON FLUOROSCOPIA MARCA OEC MODELO 7700	SERVICIO	3.00	32,150.00	32,150.00	



17 DE ABRIL DE 2023

N°		LICITANTE				
5		COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV				
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal
PARTIDA 1	1	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO VSO2	SERVICIO	3.00	8,500.00	25,500.00
PARTIDA 1	2	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO AVS III	SERVICIO	3.00	8,500.00	25,500.00
PARTIDA 1	3	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART	SERVICIO	6.00	8,500.00	51,000.00
PARTIDA 1	4	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA HAMILTON MODELO GALILEO	SERVICIO	3.00	8,500.00	25,500.00
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	4,500.00	54,000.00
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	3,500.00	21,000.00
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	4,500.00	27,000.00
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA D MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	3,500.00	472,500.00
PARTIDA 3	1	DEFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV	SERVICIO	6.00	4,500.00	27,000.00
PARTIDA 3	2	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	SERVICIO	9.00	4,500.00	40,500.00
PARTIDA 3	3	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	SERVICIO	3.00	5,500.00	16,500.00
PARTIDA 3	4	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE	SERVICIO	18.00	5,500.00	99,000.00
PARTIDA 3	5	DEFIBRILADOR MARCA S&W MODELO CARDIO-AID MC+	SERVICIO	3.00	5,500.00	16,500.00
PARTIDA 3	6	DEFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	SERVICIO	6.00	4,500.00	27,000.00
PARTIDA 11	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODELO PIC IX DE CENTRAL DE MONITOREO	SERVICIO	24.00	5,500.00	132,000.00
PARTIDA 12	1	CUNA RADIANTE MARCA ATMOSCAR, MODELO EXSPECTA	SERVICIO	3.00	4,000.00	12,000.00

N°		LICITANTE				
6		DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV				
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal
PARTIDA 1	1	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO VSO2	SERVICIO	3.00	2,767.00	8,301.00
PARTIDA 1	2	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO AVS III	SERVICIO	3.00	2,767.00	8,301.00
PARTIDA 1	3	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART	SERVICIO	6.00	5,533.00	16,602.00
PARTIDA 1	4	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA HAMILTON MODELO GALILEO	SERVICIO	3.00	2,767.00	8,301.00
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	750.00	9,000.00
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	750.00	4,500.00
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	750.00	4,500.00
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA D MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	1,150.00	155,250.00
PARTIDA 3	1	DEFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV	SERVICIO	6.00	1,500.00	9,000.00
PARTIDA 3	2	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	SERVICIO	9.00	1,450.00	13,050.00
PARTIDA 3	3	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	SERVICIO	3.00	1,450.00	4,350.00
PARTIDA 3	4	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE	SERVICIO	18.00	1,440.00	25,920.00
PARTIDA 3	5	DEFIBRILADOR MARCA S&W MODELO CARDIO-AID MC+	SERVICIO	3.00	1,500.00	4,500.00
PARTIDA 3	6	DEFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	SERVICIO	6.00	1,400.00	8,400.00
PARTIDA 9	1	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SYSTEM 5000	SERVICIO	6.00	2,000.00	12,000.00
PARTIDA 9	2	ELECTROCAUTERIO MARCA ALSA MODELO EXCELL 350 MCDSE	SERVICIO	9.00	2,100.00	18,900.00
PARTIDA 9	3	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SABRE 180	SERVICIO	6.00	2,050.00	12,300.00
PARTIDA 11	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODELO PIC IX DE CENTRAL DE MONITOREO	SERVICIO	24.00	3,600.00	86,400.00
PARTIDA 12	1	CUNA RADIANTE MARCA ATMOSCAR, MODELO EXSPECTA	SERVICIO	3.00	5,400.00	16,200.00

N°		LICITANTE				
7		ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV				
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal
PARTIDA 15	1	SELLADORA TERMICA PARA BOLSA DE ESTERILIZACION MARCA EEE MODELO 1500 MI	SERVICIO	2.00	8,750.00	17,500.00
PARTIDA 16	1	LAVADORA Y DESCONTAMINADORA DE INSTRUMENTAL MÉDICO MARCA MACHANA MODELO MAT LD 500	SERVICIO	4.00	21,000.00	84,000.00

N°		LICITANTE				
8		ESPECTRO BIOMEDICO SA DE CV				
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal
PARTIDA 6	1	ELECTROMIOGRAFO MARCA XLTEC MODELO NEUROMEX 1004	SERVICIO	3.00	9,000.00	27,000.00

N°		LICITANTE				
10		HOSPITAL SOLUTIONS & MEDICAL EQUIPMENT OF CENTER S DE RL DE CV				



17 DE ABRIL DE 2023

Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal
PARTIDA 1	1	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO VSO2	SERVICIO	3.00	4,000.00	12,000.00
PARTIDA 1	2	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO AVS III	SERVICIO	3.00	4,000.00	12,000.00
PARTIDA 1	3	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART	SERVICIO	6.00	4,000.00	24,000.00
PARTIDA 1	4	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA HAMILTON MODELO GALILEO	SERVICIO	3.00	4,000.00	12,000.00
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	1,200.00	14,400.00
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	1,200.00	7,200.00
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	1,200.00	7,200.00
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA D MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	2,000.00	270,000.00
PARTIDA 3	1	DESFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV	SERVICIO	6.00	2,000.00	12,000.00
PARTIDA 3	2	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	SERVICIO	9.00	2,000.00	18,000.00
PARTIDA 3	3	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	SERVICIO	3.00	2,000.00	6,000.00
PARTIDA 3	4	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE	SERVICIO	18.00	2,000.00	36,000.00
PARTIDA 3	5	DESFIBRILADOR MARCA S&W MODELO RADIO-AID MC+	SERVICIO	3.00	2,000.00	6,000.00
PARTIDA 3	6	DESFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	SERVICIO	6.00	2,800.00	16,800.00
PARTIDA 4	1	MESA QUIRURGICA MARCA MAQUETT, MODELO ORTHOSTAR 1420.02 CO	SERVICIO	9.00	6,000.00	54,000.00
PARTIDA 4	2	MESA QUIRURGICA MARCA SCHMITZ, MODELO ¿OPX-MOBILIS RC-306	SERVICIO	3.00	6,000.00	18,000.00
PARTIDA 6	1	ELECTROMIOGRAFO MARCA XLTEC MODELO NEUROMEX 1004	SERVICIO	3.00	9,000.00	27,000.00
PARTIDA 9	1	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SYSTEM 5000	SERVICIO	6.00	2,500.00	15,000.00
PARTIDA 9	2	ELECTROCAUTERIO MARCAR ALSA MODELO EXCELL 350 MCDSE	SERVICIO	9.00	2,500.00	22,500.00
PARTIDA 9	3	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SABRE 180	SERVICIO	6.00	2,500.00	15,000.00
PARTIDA 10	1	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK MODELO EK10	SERVICIO	3.00	1,200.00	3,600.00
PARTIDA 10	2	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO MAC 1200	SERVICIO	3.00	1,200.00	3,600.00
PARTIDA 10	3	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BTL MODELO BTL-08-LT	SERVICIO	6.00	1,200.00	7,200.00
PARTIDA 11	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODELO PIC IX DE CENTRAL DE MONITOREO	SERVICIO	24.00	4,300.00	103,200.00
PARTIDA 12	1	CUNA RADIANTE MARCA ATMOSKARE, MODELO EXSPECTA	SERVICIO	3.00	6,300.00	18,900.00
PARTIDA 13	1	CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS MARCA SAVION MODELO GALILEO	SERVICIO	12.00	1,500.00	18,000.00
PARTIDA 14	1	EQUIPO NEUMATICO DE ISQUEMIA MARCA ZIMMER MODELO ATS3000	SERVICIO	9.00	4,500.00	40,500.00

N°	LICITANTE
12	JUAN PASTRANA BALEON

Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal
PARTIDA 1	1	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO VSO2	SERVICIO	3.00	3,100.00	9,300.00
PARTIDA 1	2	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO AVS III	SERVICIO	3.00	3,100.00	9,300.00
PARTIDA 1	3	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART	SERVICIO	6.00	3,100.00	18,600.00
PARTIDA 1	4	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA HAMILTON MODELO GALILEO	SERVICIO	3.00	3,100.00	9,300.00
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	1,500.00	18,000.00
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	1,500.00	9,000.00
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	1,500.00	9,000.00
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA D MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	2,000.00	270,000.00
PARTIDA 3	1	DESFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV	SERVICIO	6.00	1,700.00	10,200.00
PARTIDA 3	2	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	SERVICIO	9.00	1,700.00	15,300.00
PARTIDA 3	3	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	SERVICIO	3.00	1,700.00	5,100.00
PARTIDA 3	4	DESFIBRILADOR MONITOR MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE	SERVICIO	18.00	1,700.00	30,600.00
PARTIDA 3	5	DESFIBRILADOR MARCA S&W MODELO RADIO-AID MC+	SERVICIO	3.00	1,700.00	5,100.00
PARTIDA 3	6	DESFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	SERVICIO	6.00	1,700.00	10,200.00
PARTIDA 4	1	MESA QUIRURGICA MARCA MAQUETT, MODELO ORTHOSTAR 1420.02 CO	SERVICIO	9.00	5,250.00	47,250.00
PARTIDA 4	2	MESA QUIRURGICA MARCA SCHMITZ, MODELO ¿OPX-MOBILIS RC-306	SERVICIO	3.00	5,250.00	15,750.00
PARTIDA 4	3	MESA QUIRURGICA MARCA MEDIFA MODELO MOT-6000	SERVICIO	3.00	7,000.00	21,000.00
PARTIDA 5	1	EQUIPO MOVIL DE RAYOS X MARCA SIEMENS MODELO MOBILET PLUS	SERVICIO	3.00	12,500.00	37,500.00
PARTIDA 5	2	EQUIPO MOVIL ARCO QUIRURGICO EN C CON FLUOROSCOPIA MARCA OEC MODELO 7700	SERVICIO	3.00	15,000.00	45,000.00
PARTIDA 6	1	ELECTROMIOGRAFO MARCA XLTEC MODELO NEUROMEX 1004	SERVICIO	3.00	9,000.00	27,000.00
PARTIDA 8	1	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: FEHLMEX MODELO:KARB1626EG	SERVICIO	3.00	8,000.00	24,000.00
PARTIDA 8	2	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: INTERAMERICANA MODELO: 1616	SERVICIO	3.00	8,000.00	24,000.00
PARTIDA 8	3	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE CEYE MARCA: SIMEX MODELO: MCI	SERVICIO	3.00	20,000.00	60,000.00
PARTIDA 9	1	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SYSTEM 5000	SERVICIO	6.00	2,600.00	15,600.00
PARTIDA 9	2	ELECTROCAUTERIO MARCAR ALSA MODELO EXCELL 350 MCDSE	SERVICIO	9.00	2,600.00	23,400.00
PARTIDA 9	3	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SABRE 180	SERVICIO	6.00	2,600.00	15,600.00
PARTIDA 10	1	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK MODELO EK10	SERVICIO	3.00	3,500.00	10,500.00
PARTIDA 10	2	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO MAC 1200	SERVICIO	3.00	3,500.00	10,500.00
PARTIDA 10	3	ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BTL MODELO BTL-08-LT	SERVICIO	6.00	3,500.00	21,000.00
PARTIDA 11	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODELO PIC IX DE CENTRAL DE MONITOREO	SERVICIO	24.00	4,500.00	108,000.00
PARTIDA 12	1	CUNA RADIANTE MARCA ATMOSKARE, MODELO EXSPECTA	SERVICIO	3.00	6,500.00	19,500.00
PARTIDA 13	1	CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS MARCA SAVION MODELO GALILEO	SERVICIO	12.00	3,800.00	45,600.00
PARTIDA 14	1	EQUIPO NEUMATICO DE ISQUEMIA MARCA ZIMMER MODELO ATS3000	SERVICIO	9.00	10,000.00	90,000.00
PARTIDA 15	1	SELLADORA TERMICA PARA BOLSA DE ESTERILIZACIÓN MARCA EEE MODELO 1500 MI	SERVICIO	2.00	3,500.00	7,000.00



17 DE ABRIL DE 2023

N°		LICITANTE				
13		PRO LAB RX SA DE CV				
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	SERVICIO	12.00	4,200.00	50,400.00
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	SERVICIO	6.00	4,200.00	25,200.00
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	SERVICIO	6.00	4,200.00	25,200.00
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA D MODELO VITACARE	SERVICIO	135.00	4,200.00	567,000.00

N°		LICITANTE				
14		XEXELOA BIOCAMP SA DE CV				
Nombre del Grupo	Número	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario	Subtotal
PARTIDA 9	1	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SYSTEM 5000	SERVICIO	6.00	6,174.00	37,044.00
PARTIDA 9	2	ELECTROCAUTERIO MARCAR ALSA MODELO EXCELL 350 MCDSE	SERVICIO	9.00	6,174.00	55,566.00
PARTIDA 9	3	ELECTROCAUTERIO MARCA CONMED MODELO SABRE 180	SERVICIO	6.00	6,174.00	37,044.00

**PARTIDAS ADJUDICADAS**

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INFORMA DE LOS LICITANTES LAS PROPUESTAS QUE CUMPLIERON TÉCNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA Y SU PROPUESTA ECONÓMICA ES LA MÁS BAJA POR LO QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO ESPECIFICADO POR PARTIDA:

Nombre del Grupo	Número	Descripción	Monto Total Adjudicado	Licitante Adjudicado
PARTIDA 1	1	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO VSO2	8,301.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 1	2	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA BIRD MODELO AVS III	8,301.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 1	3	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART	16,602.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 1	4	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA HAMILTON MODELO GALILEO	8,301.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 2	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DASH 4000	9,000.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 2	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MENNEN MEDICAL MOD ENMOVE	4,500.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 2	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX-OHMEDA MODELO LIGHT.	4,500.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 2	4	MONITOR DE SIGNOS VITALES MCA. MEDICA D MODELO VITACARE	155,250.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 3	1	DEFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV	9,000.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 3	2	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO M4735A	13,050.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 3	3	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA PHILIPS MODELO HEARTSTART MRX	4,350.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 3	4	DEFIBRILADOR MONITOR MARCA WELCH ALLYN MODELO MRL LITE	25,920.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 3	5	DEFIBRILADOR MARCA S&W MODELO CARDIO-AID MC+	4,500.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 3	6	DEFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO TEC-5631	8,400.00	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
PARTIDA 4	1	MESA QUIRURGICA MARCA MAQUETT, MODELO ORTHOSTAR 1420.02 CO	47,250.00	JUAN PASTRANA BALEON
PARTIDA 4	2	MESA QUIRURGICA MARCA SCHMITZ, MODELO ¿OPX-MOBILIS RC-306	15,750.00	JUAN PASTRANA BALEON
PARTIDA 4	3	MESA QUIRURGICA MARCA MEDIFA MODELO MOT-6000	21,000.00	JUAN PASTRANA BALEON
PARTIDA 5	1	EQUIPO MOVIL DE RAYOS X MARCA SIEMENS MODELO MOBILET PLUS	25,600.00	BIOTECNOLOGIA Y COMERCIALIZADORA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV
PARTIDA 5	2	EQUIPO MOVIL ARCO QUIRURGICO EN C CON FLUROSCOPIA MARCA OEC MODELO 7700	32,150.00	BIOTECNOLOGIA Y COMERCIALIZADORA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV
PARTIDA 6	1	ELECTROMIOGRAFO MARCA XLTEC MODELO NEUROMEX 1004	27,000.00	HOSPITAL SOLUTIONS & MEDICAL EQUIPMENT OF CENTER S DE RL DE CV
PARTIDA 8	1	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: FEHLMEX MODELO:KARB1626EG	24,000.00	JUAN PASTRANA BALEON
PARTIDA 8	2	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE LABORATORIO MARCA: INTERAMERICANA MODELO: 1616	24,000.00	JUAN PASTRANA BALEON
PARTIDA 8	3	ESTERILIZADOR DE VAPOR DE CEYE MARCA: SIMEX MODELO: MCI	60,000.00	JUAN PASTRANA BALEON



17 DE ABRIL DE 2023

Table with 5 columns: Nombre del Grupo, Número, Descripción, Monto Total Adjudicado, Licitante Adjudicado. Contains 16 rows of medical equipment items.

LAS SIGUIENTES PARTIDAS FUERON ADJUDICADAS MEDIANTE SORTEO POR INSACULACIÓN DERIVADO QUE SE OBTUVIERON PROPUESTAS SOLVENTES CON EL MISMO PRECIO, EL SORTEO POR INSACULACIÓN FUER REALIZADO DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PROPUESTAS CON EL MISMO PRECIO

Table with 5 columns: Nombre del Grupo, Número, Descripción, MONTO DE LA PROPUESTA, LICITANTE. Row 1: PARTIDA 3, 1, DESFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV, 9,000.00, AMC BIOMEDICAL SA DE CV.

Table with 5 columns: Nombre del Grupo, Número, Descripción, MONTO DE LA PROPUESTA, LICITANTE ADJUDICADO RESULTADO DEL SORTEO POR INSACULACIÓN. Row 1: PARTIDA 3, 1, DESFIBRILADOR MARCA MARQUETTE MODELO CARDIOSERV, 9,000.00, DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV.

Table with 5 columns: Nombre del Grupo, Número, Descripción, MONTO DE LA PROPUESTA, LICITANTE. Row 1: PARTIDA 4, 3, MESA QUIRURGICA MARCA MEDIFA MODELO MOT-6000, 21,000.00, BIOTECNOLOGIA Y COMERCIALIZADORA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV.

Table with 5 columns: Nombre del Grupo, Número, Descripción, MONTO DE LA PROPUESTA, LICITANTE ADJUDICADO RESULTADO DEL SORTEO POR INSACULACIÓN. Row 1: PARTIDA 4, 3, MESA QUIRURGICA MARCA MEDIFA MODELO MOT-6000, 21,000.00, JUAN PASTRANA BALEON.

Table with 5 columns: Nombre del Grupo, Número, Descripción, MONTO DE LA PROPUESTA, LICITANTE. Row 1: PARTIDA 6, 1, ELECTROMIOGRAFO MARCA XLTEC MODELO NEUROMEX 1004, 27,000.00, ESPECTRO BIOMEDICO SA DE CV.

Table with 5 columns: Nombre del Grupo, Número, Descripción, MONTO DE LA PROPUESTA, LICITANTE ADJUDICADO RESULTADO DEL SORTEO POR INSACULACIÓN. Row 1: PARTIDA 6, 1, ELECTROMIOGRAFO MARCA XLTEC MODELO NEUROMEX 1004, 27,000.00, HOSPITAL SOLUTIONS & MEDICAL EQUIPMENT OF CENTER S DE RL DE CV.

PARTIDAS DESIERTAS

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE NO RESULTARON PARTIDAS DESIERTAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

FIRMA DE CONTRATO



17 DE ABRIL DE 2023

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE FUERON ADJUDICADOS QUE LA FIRMA DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EL DÍA 18 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES EN UN HORARIO DE 15:00 A 16:00 HORAS EN LA UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA DEL CMN. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADO SOBRE LA DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA ESQUINA CON 6 PONIENTE S/N COLONIA AMOR PUEBLA PUE. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 84 TERCER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO.

SE RATIFICA A LOS LICITANTES GANADORES QUE EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SERÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL (LOS) CONTRATO (S) RESPECTIVO (S), CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CIERRE DE ACTA

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DE FALLO, SIENDO LAS 11:01 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO (COMPRANET) DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE FIJARÁ UN AVISO EN EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO A TRAVÉS DEL CUAL PODRÁN CONSULTAR LA PRESENTE ACTA; SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÁREA CONTRATANTE

  
LIC ARTURO DAMAZO CESAR  
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

AREA REQUIRENTE

  
ING. ROSALBA GARCIA GONZALEZ  
JEFA DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA

  
ARQ. PABLO ISRAEL OVANDO ZARATE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ASESORES

  
LIC. ALICIA ROSALES PELAEZ  
ENCARGADA DE LA DIVISION DE ASUNTO JURIDICOS