



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Médico Nacional "Manuel Ávila Camacho"
U.M.A.E. Hospital de Traumatología y Ortopedia
Puebla






**ACTA DE DIFERIMIENTO DE SOLICITUD DE
ACLARACIÓN A LAS BASES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IA-50-GYR-050GYR091-T-88-2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE
MINIMA INVASIÓN**

EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTO DE LA UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE DIFERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO **IA-50-GYR-050GYR091-T-88-2023 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MINIMA INVASIÓN** PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN PUEBLA; EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO LO SIGUIENTE:-----

DERIVADO DE LA FALLA ELECTRÓNICA EN EL PORTAL DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET, EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 BIS ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A CONTINUACIÓN SE HACE DE CONOCIMIENTO A TODOS LOS PROVEEDORES QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO **EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.** MISMO QUE SERÁ PUBLICADO EN EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON.-----

| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |
|---|---|
| UNIDAD CONVOCANTE | |
|  LCC. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO UMAE HTO PUEBLA |  LIC. ARTURO DAMAZO CÉSAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES UMAE HTO PUEBLA |
|  LIC. ERENDIDA SUAREZ GONZALEZ ANALISTA COORDINADOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES UMAE HTO PUEBLA | |

EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LAS ACLARACIONES ENVIADAS A LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO IA-50-GYR-050GYR091-T-88-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MINIMA INVASIÓN, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia DEL C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN PUEBLA, EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE EVENTO DE ACLARACIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

ANTECEDENTES

EN OBSERVACIÓN AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN II, 34, 35, 36 BIS, 37, 38, 39, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 39, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO IA-50-GYR-050GYR091-T-88-2023, PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET) EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.-----

SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL 7 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABECEN LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE LES INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE FORMULARON ACLARACIONES Y PRESENTARON UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, EL DIFERIMIENTO DE ACLARACIONES A LAS BASES PARA EL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES A LAS 10:00 HORAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET.-----

DESARROLLO DEL EVENTO

CON FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES A LAS DIEZ HORAS SE ABRIÓ LA BOVEDA A FIN DE REALIZAR PRECISIONES GENERALES Y DAR ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES EMITIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRANET.-----

A CONTINUACIÓN SE ENLISTA A LOS PARTICIPANTES A LA LICITACIÓN QUE SE REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET: --

| NÚMERO | LICITANTES | FECHA EN QUE EL LICITANTE ENVÍO PREGUNTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET |
|--------|---------------------------------|---|
| 1 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | 16/09/2023 20:55 |

A CONTINUACION ESTA CONVOCANTE PROCEDE A PRESENTAR LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARÁN LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 33 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA.-----

PRECISIONES GENERALES:

DICE:

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

| DOCUMENTOS SOLICITADOS | NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA | SI | NO | NO APLICA |
|---|-------------------------------|----|----|-----------|
| DECLARACION DE NO ENCONTRARSE BAJO LOS SUPUESTOS DE LOS ART 50 Y 60 DE LA LAASSP. | 11.1 | | | |
| DECLARACION DE INTEGRIDAD | 11.2 | | | |
| FORMATO DE ESTRATIFICACION | 11.3 | | | |
| PARTICIPACION CONJUNTA | 11.4 | | | |
| CARTA DE REGISTROS | 11.5 | | | |
| COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL | 12.1.1 | | | |
| COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA | 12.1.3 | | | |



| DOCUMENTOS SOLICITADOS | NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA | SI | NO | NO APLICA |
|----------------------------|-------------------------------|----|----|-----------|
| PROPUESTA TECNICA | 12.2 | | | |
| PROPUESTA ECONOMICA | 12.3 | | | |
| ACREDITACION | 13 | | | |
| CARTA DE COMPROMISO FISCAL | Anexo 13 | | | |

DEBE DECIR

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

| DOCUMENTOS SOLICITADOS | NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA | SI | NO | NO APLICA |
|---|-------------------------------|----|----|-----------|
| DECLARACION DE NO ENCONTRARSE BAJO LOS SUPUESTOS DE LOS ART 50 Y 60 DE LA ASSP. | 10.1 | | | |
| DECLARACION DE INTEGRIDAD | 10.2 | | | |
| FORMATO DE ESTRATIFICACION | 10.3 | | | |
| PARTICIPACION CONJUNTA | 10.4 | | | |
| CARTA DE REGISTROS | 10.5 | | | |
| COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL | 11.1.1 | | | |
| COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA | 11.1.3 | | | |
| PROPUESTA TECNICA | 11.2 | | | |
| PROPUESTA ECONOMICA | 11.3 | | | |
| ACREDITACION | 12 | | | |
| CARTA DE COMPROMISO FISCAL | Anexo 13 | | | |

DICE:

| EVENTOS | FECHA | HORA | LUGAR |
|---|------------|------------|--|
| Publicación de la Convocatoria | 11/09/2023 | | IA-50-GYR-050GYR091-T-88-2023 Conforme el número de expediente: E-2023-00077742 |
| Aclaraciones de dudas a la Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas. | 18/09/2023 | 10:00 hrs | Vía electrónica a través del portal del compranet, en la dirección: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 21/09/2023 | 10:00 hrs. | Los actos se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. IA-50-GYR-050GYR091-T-88-2023 |
| Acto de Fallo | 25/09/2023 | 12:00 hrs. | |

| EVENTOS | FECHA | HORA | LUGAR |
|---|---|-------------------------------|--|
| Firma del contrato | El contrato se firmará dentro de los 15 días naturales posteriores al Acto de Comunicación de Fallo. | 10:00 hrs. a 14:00 hrs. | Departamento de Abastecimiento ubicado en Diagonal Defensores de la República, Esquina Seis Poniente S/N, Colonia Amor, Código Postal 72140, Puebla, Puebla. |
| Reducción de Plazo | <u>NO</u> | | |
| Medio de participación en la Presentación de las Proposiciones. | Electrónica (artículo 26 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público) ARTICULO 26 FRACCION II DE LAASSP | | |
| | ELECTRÓNICA (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través del servicio postal o mensajería, ni presenciales. | | |

DEBE DECIR

| EVENTOS | FECHA | HORA | LUGAR |
|---|--|-------------------------------|--|
| Publicación de la Convocatoria | 11/09/2023 | | IA-50-GYR-050GYR091-T-88-2023 <u>Conforme el número de expediente:</u> E-2023-00077742 |
| Aclaraciones de dudas a la Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas. | 18/09/2023 | 10:00 hrs | Vía electrónica a través del portal del compranet, en la dirección: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 25/09/2023 | 10:00 hrs. | Los actos se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. IA-50-GYR-050GYR091-T-88-2023 |
| Acto de Fallo | 25/09/2023 | 15:00 hrs. | |
| Firma del contrato | El contrato se firmará dentro de los 15 días naturales posteriores al Acto de Comunicación de Fallo. | 10:00 hrs. a 14:00 hrs. | Departamento de Abastecimiento ubicado en Diagonal Defensores de la República, Esquina Seis Poniente S/N, Colonia Amor, Código Postal 72140, Puebla, Puebla. |



| EVENTOS | FECHA | HORA | LUGAR |
|---|--|------|-------|
| Reducción de Plazo | <u>NO</u> | | |
| Medio de participación en la Presentación de las Proposiciones. | Electrónica (artículo 26 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público) ARTICULO 26 FRACCION II DE LAASSP | | |
| | ELECTRÓNICA (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través del servicio postal o mensajería, ni presenciales. | | |

DESARROLLO DEL EVENTO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE PROCEDIO A DAR LECTURA A LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE EL LICITANTE HA FORMULADO Y PRESENTÓ EN FORMA ELECTRÓNICA EN ESTE ACTO, CON SU RESPECTIVA RESPUESTA POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL ÁREA DEL INSTITUTO QUE TIENE INGERENCIA EN ESTE PROCESO LICITATORIO, LA CUAL SE TRANSCRIBE ÍNTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA, Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, ANEXÁNDOSE AL EXPEDIENTE DE ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:-----

| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396771 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | LEGAL - ADMINISTRATIVA | 10.6 OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT, POSITIVAS Y VIGENTES. | RESPECTO A LA OPINION POSITIVA DEL IMSS, CONFORME A LO INDICADO EN EL ACUERDO PUBLICADO EN D.O.F. EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL CUAL SE MENCIONA QUE LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TENDRA UNA VIGENCIA DE 24 HORAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ESTA CONSTANCIA CON FECHA DE EXPEDICION DENTRO DE LOS 2 DIAS PRECIOS A LA PRESENTACION DE LAS PROPUUESTAS, ESTO PARA EVITAR EL RIESGO DE NO CARGAR NUESTRA PROPUUESTA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA? | PODRA SUBIR A LA OPINIÓN POSITIVA DEL IMSS CON FECHA EN LA QUE SUBA SU PROPUESTA. |
| 396772 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | LEGAL - ADMINISTRATIVA | ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) | ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR EN LOS NUMERALES DEL ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) Y LO NUMERALES CONSECUTIVOS SON LOS SIGUIENTES 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1.1, 11.1.3, 11.2, 11.3, 12 Y ANEXO 3, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EN EL CASO DE LOS NUMERALES CONSECUTIVOS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1.1, 11.1.3, 11.2, 11.3, 12, SIM EMBARGO PARA EL PUNTO DE CARTA DE COMPROMISO FISCAL CORRESPONDE AL ANEXO 13 DE LA CONVOCATORIA |
| 396773 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | LEGAL - ADMINISTRATIVA | NUMERAL 30.10 | RESPECTO A LOS ESCRITOS DE LA OPINIÓN DEL SERVICIO, EXPEDIDOS POR INSTITUCIONES DE SALUD O EMPRESAS PARTICULARES DONDE HAN PRESTADO SUS SERVICIOS Y DE ALGUNA OTRA, QUE AVALEN LA EXPERIENCIA CON LA QUE CUENTA. SOLICITAMOS QUE PARA CUBRIR CABALMENTE LO SEÑALADO SE NOS PERMITA PRESENTAR CANCELACION DE LAS FIANZAS POR PARTE DE LA AFIANZADORA DONDE SE SEÑALE QUE LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES LOS CONTRATOS PRESENTADOS HAN SIDO CANCELADAS POR HABER CUMPLIDO EN TIEMPO LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS EN DICHO CONTRATO, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |



| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos ni caracteres especiales (\$%&#) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396774 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO | <p>PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2. TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCAMARA, FUENTE DE LUZ, SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN, RASURADOR, SISTEMA DE ABLACION. DICE: "1.3.4 CCD O DIGITAL,"</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.3.4 CCD O DIGITAL O 3MOS"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES A LA ENDOCÁMARA QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396775 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO | <p>PAQUETE 1--- CANTIDAD SOLICITADA: 2. TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCAMARA, FUENTE DE LUZ, SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN, RASURADOR, SISTEMA DE ABLACION. DICE: "1.3.5 SETECIENTAS LÍNEAS DE RESOLUCIÓN HORIZONTAL O MAYOR." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.3. 5 SETECIENTAS LÍNEAS DE RESOLUCIÓN HORIZONTAL O MAYOR O RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 CON RADIO DE 16:9"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES A LA ENDOCÁMARA QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396776 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO | <p>531.072.0064 EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN: INCLUYE: SISTEMA RASURADOR: DICE: "1.7.1.1 MOTOR DENTRO DEL RANGO DE 6000 A 12000 RPM." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.7.1.1 MOTOR DENTRO DEL RANGO DE 6000 A 12000 RPM O DE 5000 A 10000 RPM." TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA RASURADOR QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |



| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396777 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO | <p>531.072.0064 EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN: INCLUYE:</p> <p>SISTEMA RASURADOR:</p> <p>DICE:</p> <p>"1.7.1.2.2 ESTÁNDAR."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"1.7.1.2.2 ESTÁNDAR. O MULTIPOSICIONAMIENTO"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA RASURADOR QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396778 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO | <p>531.072.0064 EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN: INCLUYE:</p> <p>SISTEMA RASURADOR:</p> <p>DICE:</p> <p>"1.7.1.4 CON PEDAL DE CONTROL "</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"1.7.1.4 CON PEDAL DE CONTROL (OPCIONAL)"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA RASURADOR QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396779 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO | <p>531.072.0064 EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN: INCLUYE:</p> <p>DICE:</p> <p>"1.7.3 SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA PARA ARTROSCOPIA CON PEDAL"</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"1.7.3 SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA O COBLACIÓN PARA ARTROSCOPIA CON PEDAL"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |



| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396780 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1A FICHA TECNICA-EQUIPO MEDICO PARA LA CIRUGIA | <p>531.072.0064 EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN: INCLUYE:</p> <p>SISTEMA RASURADOR:</p> <p>DICE:</p> <p>"7.1.1 MOTOR DENTRO DEL RANGO DE 6000 A 12000 RPM."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"7.1.1 MOTOR DENTRO DEL RANGO DE 6000 A 12000 RPM O DE 5000 A 10000 RPM."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA RASURADOR QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396781 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1A FICHA TECNICA-EQUIPO MEDICO PARA LA CIRUGIA | <p>531.072.0064 EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN: INCLUYE:</p> <p>SISTEMA RASURADOR:</p> <p>DICE:</p> <p>"7.1.2.2 ESTÁNDAR."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"7.1.2.2 ESTÁNDAR. O MULTIPOSICIONAMIENTO"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA RASURADOR QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396782 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO | <p>1.7.5 EQUIPO ADICIONAL PARA CIRUGIA DE RODILLA CON IMPLANTE (LCA):</p> <p>DICE:</p> <p>"1.7.5.1 PERFORADOR CANULADO CON BATERÍA PARA LA REPARACIÓN DE LCA."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"1.7.5.1 PERFORADOR CANULADO CON BATERÍA"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |



| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACION. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396783 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO | <p>1.7.5 EQUIPO ADICIONAL PARA CIRUGÍA DE RODILLA CON IMPLANTE (LCA):</p> <p>DICE:</p> <p>"1.7.5.2 SIERRA SAGITAL CON BATERÍA PARA LA REPARACIÓN DE LCA"</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"1.7.5.2 SIERRA SAGITAL CON BATERÍA"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396784 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO MÉDICO | <p>531.072.0064 EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS ARTICULARES POR MÍNIMA INVASIÓN: INCLUYE:</p> <p>DICE:</p> <p>7.5 EQUIPO ADICIONAL PARA CIRUGÍA DE RODILLA CON IMPLANTE (LCA):</p> <p>7.5.1 PERFORADOR CANALADO CON BATERÍA PARA LA REPARACIÓN DE LCA (LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR).</p> <p>7.5.2 SIERRA SAGITAL CON BATERÍA PARA LA REPARACIÓN DE LCA (LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR).</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINE ESTOS PUNTOS, YA QUE SE ENCUENTRAN DUPLICADOS CON LAS LÍNEAS:</p> <p>1.7.5 EQUIPO ADICIONAL PARA CIRUGÍA DE RODILLA CON IMPLANTE (LCA):</p> <p>1.7.5.1 PERFORADOR CANULADO CON BATERÍA PARA LA REPARACIÓN DE LCA.</p> <p>1.7.5.2 SIERRA SAGITAL CON BATERÍA PARA LA REPARACIÓN DE LCA</p> <p>ESTO CON MOTIVO DE NO ENCARECER LA PROPUESTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES, AL ESTAR PROPORCIONANDO DOS EQUIPOS EXACTAMENTE IGUALES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396785 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1A FICHA TECNICA- EQUIPO MEDICO PARA LA CIRUGIA | <p>7.5 EQUIPO ADICIONAL PARA CIRUGÍA DE RODILLA CON IMPLANTE (LCA):</p> <p>DICE:</p> <p>"7.5.1 PERFORADOR CANULADO CON BATERÍA PARA LA REPARACIÓN DE LCA."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"7.5.1 PERFORADOR CANULADO CON BATERÍA"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |



| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396786 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.1A FICHA TECNICA-EQUIPO MEDICO PARA LA CIRUGIA | <p>7.5 EQUIPO ADICIONAL PARA CIRUGIA DE RODILLA CON IMPLANTE (LCA):</p> <p>DICE:</p> <p>"7.5.2 SIERRA SAGITAL CON BATERÍA PARA LA REPARACIÓN DE LCA"</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"7.5.2 SIERRA SAGITAL CON BATERÍA"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396787 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO | <p>SET DE CIRUGÍA DE HOMBRO.</p> <p>DICE:</p> <p>TIJERAS PARA SUTURA, DOBLE GANCHO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>TIJERA O CORTADOR DE SUTURA CON EXTREMO ABIERTO O CERRADO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396788 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO | <p>SET DE CIRUGÍA DE HOMBRO.</p> <p>DICE:</p> <p>MANIPULADOR DE NUDOS, ABIERTO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>MANIPULADOR DE NUDOS, ABIERTO O CERRADO</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |



| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396789 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO | <p>SET DE CIRUGÍA DE HOMBRO.</p> <p>DICE:</p> <p>BARRA DE CAMBIO/ AGUJA WISINGER.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>BARRA DE CAMBIO/ AGUJA O VARILLA WISINGER.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396790 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO | <p>SET DE CIRUGÍA DE HOMBRO.</p> <p>DICE:</p> <p>BARRA PARA CIRUGÍA DE HOMBRO, 4.5 MM.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>BARRA O PALO PARA CIRUGÍA DE HOMBRO, DE 4.3 A 4.5 MM.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396791 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO | <p>SET DE CIRUGÍA DE RODILLA.</p> <p>DICE:</p> <p>SUJETADOR DE SUTURA CON TENSÍOMETRO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SUJETADOR O TORNILLO DE SUTURA CON TENSIMETRO</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |



| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/?) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396792 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO | <p>SET DE CIRUGÍA DE RODILLA.</p> <p>DICE:</p> <p>TENOTOMO CERRADO Y ABIERTO, 6.4 MM X 12" DE LONGITUD DE TRABAJO</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>TENOTOMO CERRADO Y ABIERTO, 5 A 6.4 MM X 12" DE LONGITUD DE TRABAJO</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396793 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T.2.2 CATALOGO DE INSTRUMENTAL POR PROCEDIMIENTO | <p>SET DE CIRUGÍA DE RODILLA.</p> <p>DICE:</p> <p>RASPA TIBIAL, LCP.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>RASPA O ESCOFINA TIBIAL, LCP.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL INSTRUMENTAL QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396794 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS" | <p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.002 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO SIN IMPLANTE.</p> <p>10.01.004 ARTROSCOPIA DE HOMBRO.</p> <p>10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE.</p> <p>10.01.010 ARTROSCOPIA DE RODILLA.</p> <p>10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE.</p> <p>10.01.012 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>MANGUERA PARA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN, LONGITUD DE 250 CM., O MAYOR, ESTÉRIL.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>MANGUERA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN (COMPATIBLE CON LA BOMBA DE IRRIGACIÓN OFERTADA)</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES A LA MANGUERA QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |



| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396795 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS" | <p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.002 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO SIN IMPLANTE. 10.01.004 ARTROSCOPIA DE HOMBRO. 10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE. 10.01.010 ARTROSCOPIA DE RODILLA. 10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE. 10.01.012 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>DISCO CD O DVD O ALMACENAMIENTO USB PARA CUBRIR EL EVENTO, SEGÚN EL EQUIPO OFERTADO, COMPATIBLE CON HARDWARE INSTITUCIONAL</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>DISCO CD O DVD O ALMACENAMIENTO USB PARA CUBRIR EL EVENTO, SEGÚN EL EQUIPO OFERTADO</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396796 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS" | <p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.002 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO SIN IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.0 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCIÓN AGRESIVA DE HUESO</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.0 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCIÓN AGRESIVA DE HUESO DESDE 2 MM.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396797 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS" | <p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.002 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO SIN IMPLANTE. 10.01.012 ARTROSCOPIA DE MUÑECA /CODO/ TOBILLO CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR ANGULADA O RECTA U OVAL, PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SONDA, PUNTA O VARA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR, BIPOLAR O COBLACIÓN ANGULADA O RECTA U OVAL, PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |

| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/?) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396798 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS" | <p>¿SE ACEPTA?</p> <p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.004 ARTROSCOPIA DE HOMBRO. 10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE. 10.01.010 ARTROSCOPIA DE RODILLA. 10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR, RECTA O ANGULADA DESDE 60° 90</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SONDA, PUNTA O VARA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR O COBLACIÓN, RECTA O ANGULADA DESDE 60° 90</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396799 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS" | <p>¿SE ACEPTA?</p> <p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICO FEMORAL. MAS TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTÍA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 20 A 30 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA. O</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICO FEMORAL. MAS TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE O ABSORBIBLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTÍA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 20 A 30 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA. O</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| | | | | ¿SE ACEPTA? | |



| Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | Valores de origen, No modificar | REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| ID de la pregunta | Licitante | Tipo de aclaración | Sección de la convocatoria | Aclaración | Respuesta |
| 396800 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | ANEXO T2.3 "CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS" | <p>EN LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.01.008 ARTROSCOPIA DE RODILLA CON IMPLANTE.</p> <p>DICE:</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL PARA LCA Y LCP CON CUATRO PUNTOS DE BLOQUEO O BOTON O SISTEMA DE SUSPENSION PARA FIJACION CORTICAL FEMORAL DIFERENTES LONGITUDES. TORNILLO DE INTERFERENCIA DE TITANIO DE ROSCA NO CORTANTE 7MM X 25MM A 9MM X 25 O TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOPATIBLE DE 7MM A 10MM X 25MM O 30MM. SET DE GUÍAS PARA PERFORACIÓN DE TÚNELES TIBIAL Y FEMORAL CON Y SIN OJAL.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL PARA LCA Y LCP CON CUATRO PUNTOS DE BLOQUEO O BOTON O SISTEMA DE SUSPENSION PARA FIJACION CORTICAL FEMORAL DIFERENTES LONGITUDES. TORNILLO DE INTERFERENCIA DE TITANIO DE ROSCA NO CORTANTE 7MM X 25MM A 9MM X 25 O TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOPATIBLE O ABSORBIBLE DE 7MM A 10MM X 25MM O 30MM. SET DE GUÍAS PARA PERFORACIÓN DE TÚNELES TIBIAL Y FEMORAL CON Y SIN OJAL.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 396801 | VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV | TÉCNICO | BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS | <p>EN EL COMPLEMENTO:</p> <p>10.01.901</p> <p>DICE:</p> <p>TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTÍA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 25 A 35 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE O ABSORBIBLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTÍA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 25 A 35 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE, ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MI REPRESENTADA OFERTÓ COMO PARTE DEL ÚLTIMO PROCESO DE LICITACIÓN IA-50-GYR-050GYR091-T-7-2023. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> | SE ACEPTA SU PROPUESTA |



Table with 6 columns: ID de la pregunta, Licitante, Tipo de aclaración, Sección de la convocatoria, Aclaración, and Respuesta. It contains three rows of data regarding technical questions and answers for items 396802, 396803, and 396804.

CIERRE DEL ACTA

SE NOTIFICA QUE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO A LAS 10:00 HORAS EL DIA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE 2023 A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET, LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LAASSP



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA EL PRESENTE EVENTO DE ACLARACIONES, SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO (COMPRANET) -----

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SE FIJARÁ UN AVISO EN EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO A TRAVÉS DEL CUAL PODRAN CONSULTAR LA PRESENTE ACTA; SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. -----

| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |
|---|--|
| UNIDAD CONVOCANTE | |
|  LIC. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UMAE HTO PUEBLA | DR. MIGUEL ANGEL SANCHEZ DURAN JEFE DE DIVISIÓN DE TRAUMATOLOGIA UMAE HTO PUEBLA |
|  LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES UMAE HTO PUEBLA | ING. ARIADNA YAMEL MORALES MONTIEL JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO UMAE HTO PUEBLA |
|  LIC. ERENDIDA SUAREZ GONZALEZ ANALISTA COORDINADOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES UMAE HTO PUEBLA | |