ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

En la Ciudad de Puebla, Pue., siendo las **10:00 horas** del día **13 de diciembre del 2022**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 5 de Febrero Oriente No. 107, Col. San Felipe Hueyotlipan C.P. 72030, Puebla, Pue., se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el **Acta de Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la **Licitación Pública con Carácter Internacional Bajo la Cobertura de Tratados** indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley).

Este acto es presidido por la **C.P. Diliam Montaño Hernandez.-Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, servidor público designado por la convocante del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 47 segundo párrafo del Reglamento de la Ley y el Punto 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, preside el evento y quien al inicio de esta junta comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

Las preguntas de carácter técnico fueron respondidas por el Dr. Adrián Carmen Cruz Atenco.- Coordinador Clínico de Cirugía, Dr. Guillermo Hernández Márquez.-Encargado de Oftalmología del HGZ No. 20.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar, indicando que se presentaron únicamente preguntas por vía electrónica a través del portal de Compras Gubernamentales CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS	NO. DE HOJAS
1	INTERMET SA DE CV	ELECTRÓNICA	439	75
2	GRUPO VITALMEX SA DE CV	ELECTRÓNICA	385	57
3	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	ELECTRÓNICA	29	3
4	AUZRIAL SA DE CV	ELECTRÓNICA	11	3
5	GRUPO ORINLA SA DE CV	ELECTRÓNICA	76	25
6	COMERLAT SA DE CV	ELECTRÓNICA	35	5
		TOTAL	**975**	**168**

Se adjuntan copia de la pantalla de CompraNet constatándose que **SÍ** se recibieron preguntas de los licitantes por esta vía:

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.



2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

A continuación, se hace mención de los Licitantes que presentaron preguntas, las cuales no serán contestadas debido a que no fueron recibidas con 24 horas de anticipación a este acto.

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL
1	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV

Derivado de la Complejidad y cantidad de las Preguntas efectuadas por parte de los Licitantes, la Convocante determina llevar a cabo la Primera Suspensión del Acto de Junta de Aclaraciones a las bases de la Licitación Pública, programándose para el día 09 de Diciembre de 2022 a las 12:30 horas.

El día 09 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la Segunda Suspensión a la Junta de Aclaraciones derivado de la complejidad y cantidad de las preguntas recibidas para efectuarse el día 12 de diciembre de 2022 a las 12:30 horas.

El día 12 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la Tercera Suspensión a la Junta de Aclaraciones derivado de la complejidad y cantidad de las preguntas recibidas para efectuarse el día 13 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

A continuación, se detalla que se deberán tomar en cuenta las siguientes **Consideraciones Generales** a la convocatoria de la Licitación Pública con Carácter Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, en apego al Artículo 33 de la Ley, que a la letra dice:

"Cualquier modificación a la Convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición."

DICE:

ANEXO XXIX
ANEXOS ÁREA REQUIRENTE

El siguiente listado corresponde a la información proporcionada por el Área Requirente para el procedimiento de contratación que nos ocupa.

DESCRIPCIÓN	FORMATO DE ARCHIVO
Anexo Técnico	Se anexa archivo en Formato Word y PDF en el Sistema CompraNet
Términos y Condiciones	Se anexa archivo en Formato Word y PDF en el Sistema CompraNet
Anexo T1 Requerimientos de SMI para PMI	Se anexa archivo en Formato Excel y PDF en el Sistema CompraNet
Anexo T2	Se anexa archivo en Formato Excel y PDF en el Sistema

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DESCRIPCIÓN	FORMATO DE ARCHIVO
Equipo Médico de SMI para PMI	CompraNet
Anexo T3 Instrumental de SMI para PMI	Se anexa archivo en Formato Excel y PDF en el Sistema CompraNet
Anexo T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	Se anexa archivo en Formato Excel y PDF en el Sistema CompraNet
Anexo T11 Distribución de Equipo e Instrumental SMI para PMI	Se anexa archivo en Formato Excel y PDF en el Sistema CompraNet
ANEXO T12 Catálogo de Unidades de SMI para PMI.	FALTA
Formatos SMI para PMI Contiene: • **FORMATO T 5 "Programación de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental"** • **FORMATO T6 "Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental"** • **FORMATO T7 "Entrega /Recepción de Equipos"** • **FORMATO T7.1 "Entrega/Recepción de Sets de instrumental"** • **FORMATO T8 "Programa de transferencia del conocimiento"** • **FORMATO T9 "Registro de Asistencia de transferencia del conocimiento"**	Se anexa archivo en Formato Word y PDF en el Sistema CompraNet

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DESCRIPCIÓN	FORMATO DE ARCHIVO
• **FORMATO T13 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos"** • **FORMATO T14 "Reporte Individual De Procedimientos Y Bienes De Consumo Complementarios"** • **FORMATO T15 "Reporte Mensual de Procedimientos y Bienes de Consumo Utilizados"** • **FORMATO T15.1 "Notificación de Pena Convencional Aplicable"** • **FORMATO T15.2 "Notificación de Deductivas"** • **FORMATO T16 "Reporte de Incidencias"** • **FORMATO T17 "Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico"** • **FORMATO T18 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios"** • **FORMATO T19 "Designación de Supervisor en Instalación y Mantenimiento"** • **FORMATO T20 "Designación de Técnicos en sitio"** • **FORMATO: T21"Carta compromiso**	

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DESCRIPCIÓN	FORMATO DE ARCHIVO
del Licitante participante en la Instalación de Equipo" • **FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE** • **FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:** • **FORMATO T25 "Manual de Desinfección de Alto Nivel" (DAN)** • **FORMATO T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI"** • **FORMATO T27 "Información de los Contenidos y Requerimientos de la Unidad Médica Asignada a Proporcionar en el SMI para PMI"** • **FORMATO T28 "Cronograma de Actividades del Servicio Itinerante"** • **FORMATO T30 "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 4 años cero meses Años de Fabricación (a partir 2018)."** • **FORMATO T 31 "carta relativo a la**	

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DESCRIPCIÓN	FORMATO DE ARCHIVO
obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda" • **FORMATO T 32 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD**	
Propuesta Económica	Se anexa archivo en Formato Excel y PDF en el Sistema CompraNet
Modelo de Contrato	Se anexa archivo en Formato Word y PDF en el Sistema CompraNet
Modelo de Fianza	Se anexa archivo en Formato Word y PDF en el Sistema CompraNet
Documentación Legal Solicitada para la Elaboración de Contratos	Se anexa archivo en Formato Word y PDF en el Sistema CompraNet

DEBE DECIR:

ANEXO XXIX
ANEXOS ÁREA REQUIRENTE

El siguiente listado corresponde a la información proporcionada por el Área Requirente para el procedimiento de contratación que nos ocupa.

DESCRIPCIÓN	FORMATO DE ARCHIVO

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DESCRIPCIÓN	FORMATO DE ARCHIVO
Anexo Técnico	Se anexa archivo en Formato Word y PDF en el Sistema CompraNet
Términos y Condiciones	Se anexa archivo en Formato Word y PDF en el Sistema CompraNet
Anexo T1 Requerimientos de SMI para PMI	Se anexa archivo en Formato Excel y PDF en el Sistema CompraNet
Anexo T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Se anexa archivo en Formato Excel y PDF en el Sistema CompraNet
Anexo T3 Instrumental de SMI para PMI	Se anexa archivo en Formato Excel y PDF en el Sistema CompraNet
Anexo T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	Se anexa archivo en Formato Excel en el Sistema CompraNet
Anexo T11 Distribución de Equipo e Instrumental SMI para PMI	Se anexa archivo en Formato Excel en el Sistema CompraNet
ANEXO T12 Catálogo de Unidades de SMI para PMI.	Se anexa archivo en Formato Excel y PDF en el Sistema CompraNet
Formatos SMI para PMI Contiene: • **FORMATO T 5 "Programación de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental"** • **FORMATO T6 "Reporte de**	Se anexa archivo en Formato Word y PDF en el Sistema CompraNet

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DESCRIPCIÓN	FORMATO DE ARCHIVO
Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental" • **FORMATO T7 "Entrega /Recepción de Equipos"** • **FORMATO T7.1 "Entrega/Recepción de Sets de instrumental"** • **FORMATO T8 "Programa de transferencia del conocimiento"** • **FORMATO T9 "Registro de Asistencia de transferencia del conocimiento"** • **FORMATO T13 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos"** • **FORMATO T14 "Reporte Individual De Procedimientos Y Bienes De Consumo Complementarios"** • **FORMATO T15 "Reporte Mensual de Procedimientos y Bienes de Consumo Utilizados"** • **FORMATO T15.1 "Notificación de Pena Convencional Aplicable"** • **FORMATO T15.2 "Notificación de Deductivas"** • **FORMATO T16 "Reporte de Incidencias"** • **FORMATO T17 "Relación de Marcas,**	

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DESCRIPCIÓN	FORMATO DE ARCHIVO
Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico" • **FORMATO T18 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios"** • **FORMATO T19 "Designación de Supervisor en Instalación y Mantenimiento"** • **FORMATO T20 "Designación de Técnicos en sitio"** • **FORMATO: T21"Carta compromiso del Licitante participante en la Instalación de Equipo"** • **FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE** • **FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:** • **FORMATO T25 "Manual de Desinfección de Alto Nivel" (DAN)** • **FORMATO T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI"** • **FORMATO T27 "Información de los**	

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DESCRIPCIÓN	FORMATO DE ARCHIVO
Contenidos y Requerimientos de la Unidad Médica Asignada a Proporcionar en el SMI para PMI" • **FORMATO T28 "Cronograma de Actividades del Servicio Itinerante"** • **FORMATO T30 "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 4 años cero meses Años de Fabricación (a partir 2018)."** • **FORMATO T 31 "carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda"** • **FORMATO T 32 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD**	
Propuesta Económica	Se anexa archivo en Formato Excel en el Sistema CompraNet
Modelo de Contrato	Se anexa archivo en Formato Word y PDF en el Sistema CompraNet
Modelo de Fianza	Se anexa archivo en Formato Word en el Sistema CompraNet
Documentación Legal Solicitada para la Elaboración de Contratos	Se anexa archivo en Formato Word en el Sistema CompraNet

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Dice:

4.3. Propuesta económica.

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y firmado por su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello su propuesta económica, misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva.

La propuesta económica enviada a través de CompraNet podrá presentarse en formato PDF (sin utilizar baja resolución), formato imagen o equivalente, además de presentarse en formato Excel. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

El licitante deberá presentar su propuesta económica debidamente requisitada con la información solicitada en el **ANEXO XXIII**, de la presente Convocatoria; en caso de no usar el **ANEXO XXIII**, el documento que se remita, deberá contener los mismos datos solicitados en el referido anexo, la cual deberá estar suscrita con la firma electrónica avanzada por la persona facultada para ello.

Deberá ofertar un porcentaje de descuento, mínimo del **0.01%**, el ofertar **0.00%**, o descuentos negativos, será causal de desechamiento.

Los licitantes podrán ofertar un porcentaje de descuento distinto para cada clave ofertada.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

El precio unitario que resulta de aplicar el porcentaje de descuento ofertado, deberá ser **truncado a dos decimales,** sin considerar el IVA, cuando el licitante no lo haya realizado así, la convocante realizará dicho truncamiento para efectos de la evaluación económica y adjudicación correspondiente.

Se precisa que en los parámetros económicos de CompraNet se debe capturar el monto máximo total ofertado de la partida sin el IVA, el cual se obtiene de la suma de los precios ofertados para las claves establecidos en el **ANEXO TI "Requerimientos del SMI para PMI 2022"**

La falta de presentación de la propuesta económica afecta la solvencia y motivará su desechamiento.

Debe decir:

4.4. Propuesta económica.

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y firmado por su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello su propuesta económica, misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva.

La propuesta económica enviada a través de CompraNet podrá presentarse en formato PDF (sin utilizar baja resolución), formato imagen o equivalente, además de presentarse en formato Excel. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

El licitante deberá presentar su propuesta económica debidamente requisitada con la información solicitada en el **ANEXO XXIII**, de la presente Convocatoria; en caso de no usar el **ANEXO XXIII**, el documento que se remita, deberá contener los mismos datos solicitados en el referido anexo, la cual deberá estar suscrita con la firma electrónica avanzada por la persona facultada para ello.

Se precisa que en los parámetros económicos de CompraNet se debe capturar el monto máximo total ofertado de la partida sin el IVA, el cual se obtiene de la suma de los precios ofertados para las claves establecidos en el **ANEXO TI "Requerimientos del SMI para PMI 2022"**

La falta de presentación de la propuesta económica afecta la solvencia y motivará su desechamiento.

Dice:

4.2.9 Normas Oficiales a Considerar Para Prestación Del Servicio.

El licitante deberá presentar escrito libre en papel membretado del licitante y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la prestación del servicio y una vez adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio integral se deban cumplir por parte de esta última, siendo estas:

•2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, implantación y control de servicios médicos integrales, vigente. Con fecha de 26 de Julio del 2010.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

•Condición que se cumple al no contar el Instituto Mexicano del Seguro Social con los equipos e Instrumental para la prestación del servicio a fin de satisfacer la demanda de los derechohabientes.

•Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Para lo cual se mantendrán debidamente limpios y esterilizados los equipos e Instrumental a fin de evitar contaminaciones. Con fecha publicada en el DOF 20 Noviembre 2009.

•Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la Práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria. Mediante el cumplimiento obligatorio de proporcionar los Mantenimientos Preventivo y Correctivo a fin de mantener en óptimas condiciones el Equipo e Instrumental. Con fecha publicada en el DOF de 07 ago. 2012.

•Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en Materia de Información en Salud. Se da cumplimiento al contar con un Sistema que permita registrar los datos de la información y los conocimientos que sirvan de apoyo para conformar un Sistema de Salud Universal y equitativo de alta calidad y anticipatorio, descentralizado y participativo que oriente al proceso de planeación, gestión de programas; así como, la toma de decisiones. Con fecha publicada en el DOF de 28 09 2005 y proyecto de modificación; PROY-NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud. Publicado en DOF del 23/08/2012

•Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Infraestructura y Equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada. Lo cual se observará, en parte, al proporcionar el licitante los equipos para el equipamiento de los hospitales y así estar condiciones de cumplir con los requisitos mínimos establecidos de infraestructura para la atención médica especializada. Con fecha publicada en el DOF de 24 oct. 2001.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

•Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental – Residuos peligrosos biológico-infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo. Con fecha publicada en el DOF de 17 feb. 2003.

•Norma Mexicana NOM-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, Con fecha publicada en el DOF 19 de octubre del 2015.
El no presentar el escrito con el compromiso, será causal de desechamiento.

Debe decir:

4.2.9 Normas Oficiales a Considerar Para Prestación Del Servicio.

El licitante deberá presentar escrito libre en papel membretado del licitante y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la prestación del servicio y una vez adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio integral se deban cumplir por parte de esta última, siendo estas:

•2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, implantación y control de servicios médicos integrales, vigente. Con fecha de 26 de Julio del 2010.

•Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Para lo cual se mantendrán debidamente limpios y esterilizados los equipos e Instrumental a fin de evitar contaminaciones. Con fecha publicada en el DOF 20 Noviembre 2009.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

•Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la Práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria. Mediante el cumplimiento obligatorio de proporcionar los Mantenimientos Preventivo y Correctivo a fin de mantener en óptimas condiciones el Equipo e Instrumental. Con fecha publicada en el DOF de 07 ago. 2012.

•Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en Materia de Información en Salud. Se da cumplimiento al contar con un Sistema que permita registrar los datos de la información y los conocimientos que sirvan de apoyo para conformar un Sistema de Salud Universal y equitativo de alta calidad y anticipatorio, descentralizado y participativo que oriente al proceso de planeación, gestión de programas; así como, la toma de decisiones. Con fecha publicada en el DOF de 28 09 2005 y proyecto de modificación; PROY-NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud. Publicado en DOF del 23/08/2012

•Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Infraestructura y Equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada. Lo cual se observará, en parte, al proporcionar el licitante los equipos para el equipamiento de los hospitales y así estar condiciones de cumplir con los requisitos mínimos establecidos de infraestructura para la atención médica especializada. Con fecha publicada en el DOF de 24 oct. 2001.

•Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental – Residuos peligrosos biológico-infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo. Con fecha publicada en el DOF de 17 feb. 2003.

•Norma Mexicana NOM-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, Con fecha publicada en el DOF 19 de octubre del 2015.

El no presentar el escrito con el compromiso, será causal de desechamiento.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante con apoyo del área técnica, como se indica a continuación:

Preguntas efectuadas por: **INTERMET, S.A. DE C.V.**

NO. CONSECUTIVO IMSS	Número Consecutivo [1]	Numeral o punto específico de la Convocatoria [2]	Pregunta [3]	RESPUESTA
1	1	3.3 Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.	Es correcto entender que, las visitas a sitio son opcionales y en caso de no realizarse no es motivo de descalificación. Favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACION.
2	2	3.5 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	Por tratarse de una Licitación electrónica, solicitamos a la Convocante habilitar más parámetros en el apartado "Propuesta Técnica" y el botón de anexos adicionales de Compranet, debido a la cantidad y el volumen de archivos a cargar. ¿Se acepta nuestra solicitud?	En respuesta a su pregunta se informa que se habilitaron mas parametros denominados "Documentación complementaria", ademas, que dentro del apartado de la propuesta economica del procedimiento en CompraNet, se encuentra habilitado el campo de anexos genericos.
3	3	3.5 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	Solicitamos a la Convocante nos permita presentar rúbrica en todas y cada una de las hojas de manuales, registros y documentos que integran nuestra propuesta y, firma autógrafa en las cartas, escritos y anexos que la solicita. ¿Se acepta?	Se Acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demas licitantes.
4	4	Anexo VIII	Solicitamos a la Convocante nos permita presentar RFC para acreditar la nacionalidad de mi representada. ¿Seacepta?	En respuesta a su pregunta se señala que para acreditar la nacionalidad de la empresa deberá apegarse a lo establecido al numeral 4.1.8 de la convocatoria Anexo VIII opcion A u opción B según aplique a su representada.
5	5	4.1.15 Opiniones Positivas de cumplimiento	Solicitamos a la Convocante nos permita presentar las Opiniones de Cumplimiento positivas con una antigüedad	En respuesta a su pregunta se informa que "No se Acepta" para la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			de 30 días naturales a la fecha de la apertura de la propuesta. ¿Se acepta?	en Materia de Seguridad Social tiene una Vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada, por lo que la opinión de cumplimiento deberá ser de la fecha de presentación de la propuesta en la Plataforma de CompraNet. Se acepta para la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT siempre y cuando se encuentre Vigente al acto de presentación y apertura de proposiciones como se señala en el numeral 4.1.6 de las bases de la convocatoria de igual manera para la Constancia de Situación Fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establecido en el numeral 4.1.15 de las bases de la convocatoria.
NO. CONSECUTIVO IMSS	**Número Consecutivo**	**Numeral o punto específico del Anexo Técnico y/o Términos y Condiciones [4]**	**Pregunta**	**RESPUESTA**
6	6	1.4. VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. PLAZO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO.	Plazo de la entrega del servicio/bien, se contará con un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la emisión y notificación del fallo para la instalación, puesta a punto de los equipos médicos y de 46 (cuarenta y seis) días naturales a partir de la notificación del fallo para el Instrumental y bienes de consumo básico y complementario, para dar inicio con la prestación del servicio a partir del 01 de enero del 2023. Solicitamos a la convocante considere que en caso de requerir equipos, instrumentales y bienes de consumo basicos y complementarios nuevos en un plazo de 45 días, son tiempos muy recortados ya que la mayoria de los bienes son de procedencia internacional para cualquier	No se acepta su solicitud de mayor tiempo al establecido de 45 dias naturales apartir de la emision y notificacion del fallo, ya que conforme a lo establecido en art. 26 de la LAASSP, las condiciones de la convocatoria no pueden ser negociables. Favor de apegarse a los establecido en numeral 1.4 de la presente convocatoria.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			partida. Cuando en la actualidad se requieren de 90 a 180 días. ¿Se acepta?	
7	7	1.5 IDIOMA EN QUE DEBERÁN ENVIARSE LAS PROPOSICIONES	Solicitamos a la convocante se permita presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, solamente la portada y paginas de hojas referenciadas, esto con la finalidad de reducir el tamaño y peso de los archivos a subir en la plataforma. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, solamente la portada y paginas de hojas referenciadas, debera presentar la informacion completa debidamente referenciada.
8	8	1.5 IDIOMA EN QUE DEBERÁN ENVIARSE LAS PROPOSICIONES	Solicitamos a la convocante se permita presentar los anexos técnicos: - Folleto o catálogo o referencia gráfica o manual (Se acepta portada y página, donde se encuentre referenciada la Especificación técnica) Como se expresa en el ANEXO TÉCNICO, 3.3 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO". ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, solamente la portada y paginas de hojas referenciadas, debera presentar la informacion completa debidamente referenciada.
9	9	3.2. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN	Debido al peso de diversos archivos, solicitamos a la Convocante nos permita cargar en el expediente de la plataforma Compranet la información en carpetas con formato ZIP. ¿Se acepta?	Se acepta siempre y cuando no dependa de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.
10	10	3.2. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN	Por tratarse de una licitación electrónica, solicitamos a la Convocante habilitar más parámetros en el apartado "Propuesta Técnica" y el botón de anexos adicionales de Compranet, debido a la cantidad y el volumen de archivos a cargar. ¿Se acepta nuestra solicitud?	En respuesta a su pregunta se informa que se habilitaron mas parametros denominados "Documentación complementaria", ademas, que dentro del apartado de la propuesta economica del procedimiento en CompraNet, se encuentra habilitado el campo de anexos genericos.
11	11	3.5. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Por tratarse de una licitación electrónica, solicitamos a la Convocante habilitar más parámetros en el apartado "Propuesta Técnica" y el botón de anexos adicionales de Compranet, debido a la cantidad y el volumen de archivos a cargar. ¿Se acepta nuestra solicitud?	En respuesta a su pregunta se informa que se habilitaron mas parametros denominados "Documentación complementaria", ademas, que dentro del apartado de la propuesta economica del procedimiento en CompraNet, se encuentra habilitado el campo de anexos genericos.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

12	12	4.3 Propuesta económica	Deberá ofertar un porcentaje de descuento, mínimo del 0.01%, el ofertar 0.00%, o descuentos negativos, será causal de desechamiento. Los licitantes podrán ofertar un porcentaje de descuento distinto para cada clave ofertada. Entendendemos que no aplica porcentaje de descuento, ya que la propuesta económica Anexo XXIII no contiene la columna de PMR, ni la columna de descuento, entendemos que es un error en las presentes bases, es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación No Aplica PMR ni porcentaje de descuento, favor de remitirse a Aclaraciones Generales de la Convocatoria.
13	13	5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES. 5.1, 5.2	Los licitantes enviarán a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET 5.0) sus proposiciones técnica y económica, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, enviar su proposición en Word y Excel. a) Entendemos que se podran presentar en Pdf o Word o Excel de acuerdo al criterio de los participantes y tipos de archivos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	En respuesta a su pregunta se informa que para la documentación a que hace referencia el numeral 5.1, 5.2 en correlación con el numeral 4.1, 4.2, ademas de word y excel podra enviarla a través de CompraNet en formato PDF (utilizar alta resolución), formato imagen o equivalente. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos, como lo establece el numeral 4.1 de las bases de la convocatoria.
14	14	5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES. 5.1, 5.2	Solicitamos a la convocante nos acepte enviar la proposición en Word o Excel según correspondan los diferentes anexos.	En respuesta a su pregunta se informa que para la documentación a que hace referencia el numeral 5.1, 5.2 en correlación con el numeral 4.1, 4.2, ademas de word y excel podra enviarla a través de CompraNet en formato PDF (utilizar alta resolución), formato imagen o equivalente. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos, como lo establece el numeral 4.1 de las bases de la convocatoria.
15	15	6. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.6.7	6.7 6.7 Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2.3, 4.1 (los establecidos en los numerales del	No es correcta su apreciación, se deberá presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			4.1.1 al 4.1.9), 4.2 (los establecidos en los numerales del 4.2.1 al 4.2.10), 4.3, ANEXO XXIII Propuesta Económica, ANEXO TI "Requerimientos del SMI para PMI 2022", Anexo Técnico, Términos y Condiciones y Anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.Debemos entender que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado, de acuerdo al numeral 1.5 IDIOMA EN QUE DEBERÁN ENVIARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.¿Es correcta nuestra apreciacion?	como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los insumos ofertados así como de las características del servicio ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción íntegra simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado, como lo señala el numeral 1.5 de las bases de la convocatoria.
16	16	Anexo TI Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión	Solicitamos a la convocante incluya los bienes de consumo complementarios, ya que no vienen contemplados en el requerimiento de las unidades médicas y son necesarios para realizar los procedimientos.	Considerar bienes de consumo basico en anexo TI
17	17	ANEXO T25 "Manual de Desinfección de Alto Nivel" (DAN)	Solicitamos a la convocante nos aclare si este formato solo aplica para el paquete 2 Endoscopia, derivado de los siguientes puntos a los que indica el formato: 2.- Fecha en que el Jefe o Responsable del Servicio de Endoscopia recibe el Manual DAN 6.- Registro de la información del desarrollo del DAN (esta debe ser conservada para la supervisión por el Jefe Endoscopia).	Es correcta su apreciacion solo aplica para el paquete 2 Endoscopia.
18	18	ANEXO T30 (T TREINTA) "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 4 años cero meses Años de Fabricación (a partir 2018)."	Solicitamos a la convocante se acepten los equipos que mi representada tiene actualmente instalados en el instituto; derivado de la pandemia dejaron de utilizarse año y medio (2020 y 2021), encontrandose en optimas condiciones de funcionamiento y cumpliendo con todos los requisitos y mantenimientos realizados.	se aclara que los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.6 y 4.2.7 de la convocatoria, en el que especifica que los equipos deberan tener una antigüedad no mayor a 4 años 0 meses de la fecha de fabricacion.
19	19	ANEXO XXIII PROPUESTA	Solicitamos a la convocante nos indique en que parte de	En respuesta a su pregunta se señala que en el Anexo

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		ECONÓMICA	las bases de licitación se indican las partidas, mismas que se requieren para completar este anexo.	XXIX de la Convocatoria se relacionan los anexos que se subieron a la Plataforma de CompraNet y se hace mencion del T1 Requerimientos de SMI para PMI en donde se señalan los OOAD y UMAES con su respectivo Paquete los cuales pertenecen a una partida, para una mejor referencia se volvera a cargar el Anexo T1 Requerimientos de SMI para PMI actualizado con el numero de partidas correspondiente.
20	20	ANEXO XXIII PROPUESTA ECONÓMICA	Dice: LOS PRECIOS UNITARIOS QUE RESULTEN DE APLICAR EL DESCUENTO, SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con APLICAR EL DESCUENTO, ya que no estamos cotizando con PMR (Precios Máximos de Referencia), favor de aclarar.	En respuesta a su pregunta se informa que No Aplica PMR ni porcentaje de descuento, favor de remitirse a Aclaraciones Generales de la Convocatoria.
21	21	AT_10. BITACORA DE INCIDENCIAS	Al final del Anexo Técnico se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable..." Entendemos que por tratarse del Anexo Técnico, existe un error involuntario, por lo que la indicación debería referirse al Anexo Técnico y no así a Términos y Condiciones. ¿Es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciacion, se trata de un error involuntario por lo que debera referirse a la anexo tecnico al hacerlo propio.
22	22	AT_10. BITACORA DE INCIDENCIAS	Al final del Anexo Técnico se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable...". Entendemos que para atender esta indicación bastará con presentar la transcripción íntegra del Anexo Técnico en hoja membretada del licitante con la firma del representante legal, manifestando bajo protesta de decir verdad que se dará cabal cumplimiento a lo solicitado en el Anexo Técnico, tal como lo indica el punto 4.2.1 Propuesta Técnica primer párrafo de bases. ¿Es correcta mi	En respuesta a su pregunta, se deberá apegar a lo solicitado en el numeral 4.2.1 del as bases de la convocatoria.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			apreciación?	
23	23	AT_10. BITACORA DE INCIDENCIAS	Al final del Anexo Técnico se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable..." Asimismo, se solicita a la Convocante no considerar la indicación de presentarlo en archivo de Excel, ya que en la convocatoria viene en formato WORD, y baste sólo con la presentación en formato PDF. ¿Se acepta?	En respuesta a su pregunta se informa que "No se Acepta", se debe apegar a lo establecido en el Anexo Tecnico Núméral 10 "Bitacora de Incidencias"
24	24	AT_10. BITACORA DE INCIDENCIAS	Solicitamos a la convocante que en caso de una negativa a la pregunta anterior se acepte presentar el archivo digital en WORD y PDF no modificable, ya que es un documento que de origen viene en formato WORD y no EXCEL como lo solicita la convocante ¿Se acepta?	En respuesta a su pregunta se informa que "No se Acepta", se debe apegar a lo establecido en el Anexo Tecnico Núméral 10 "Bitacora de Incidencias"
25	25	AT_3. EQUIPO MÉDICO	Solicitamos a la convocante se acepten los equipos que mi representada tiene actualmente instalados en el instituto; derivado de la pandemia dejaron de utilizarse año y medio (2020 y 2021), encontrandose en optimas condiciones de funcionamiento y cumpliendo con todos los requisitos y mantenimientos realizados con fecha de fabricación 2016 en adelante.	Se aclara que los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.6 y 4.2.7 de la convocatoria, en el que especifica que los equipos deberan tener una antigüedad no mayor a 4 años 0 meses de la fecha de fabricacion.
26	26	AT_3. EQUIPO MÉDICO.	Solicitamos a la convocante nos aclare quien define si el equipo es itinerante o fijo ya que menciona : Nota: En el caso de existir equipo que se considere itinerante (por alto costo, y bajo uso) deberá presentar el cronograma de Unidades en que se utilizará, previo acuerdo con el o los Administradores de contrato, a través del FORMATO T28 "Cronograma de Actividades del Servicio Itinerante"	Se definira por jefaturas de servicio.
27	27	AT_3.1 SUPERVISOR	Solicitamos a la convocante nos aclare si el Formato T25 aplica unicamente para el paquete 2 Endoscopia, para el procedimiento de desinfección y esterilización de los	Es correcta su apreciacion solo aplica para el paquete 2 Endoscopia.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			endoscopios.	
28	28	AT_3.3 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO".	Refiere: Para la documentación requerida, deberá considerar las Normas oficiales tanto Mexicanas como Internacionales o Especificación Técnica que resulte aplicable a los bienes requeridos, inciso e) numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES). ¿Debemos entender que para este punto el número correcto es el 4.2.9 Normas Oficiales a Considerar Para Prestación Del Servicio del archivo Terminos y Condiciones?	Es correcta su apreciación, el licitante debera apegarse a los establecido en el número 4.2.9 de la convocatoria para la prestación de servicio.
29	29	AT_7.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.	g) Registrar y complementar en el FORMATO T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios los procedimientos realizados y los bienes de consumo de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos (CTSMI) utilizados (concentrado general) durante los procedimientos de Mínima Invasión, y enviarlo dentro de los 5 días previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División. Solicitamos a la convocante se permita: enviarlo dentro de los 5 días posteriores al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División.	No se acepta se aclara que debera de enviar su reporte 5 dias previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			En el entendido de que el reporte del mes debera ser validado por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División y regularmente no lo relizan el mismo dia de cierre como se solicita. ¿Se acepta?	
30	30	AT_7.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. Inciso g)	Sollicitamos a la convocante nos permita enviar del Formato T26 dentro de los 5 días del mes siguiente al cierre, esto derivado de la conciliación de los Formatos T14 con el Jefe de cirugía, ya que el tiempo que especifica este inciso es 5 días previos al día último de cada mes del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio, los cierres son el día 25 de cada mes y se presta el servicio incluso nocturno, incluso hay cierres en fin de semana, por lo que se emitiría incompleto y sin validar para dar cumplimiento a este punto. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, se aclara que debera de enviar su reporte 5 dias previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División.
31	31	AT_9. REPORTE MENSUAL DE LA PRODUCTIVIDAD.	Solicitamos a la convocante nos permita enviar del Formato T26 dentro de los 5 días del mes siguiente al cierre, esto derivado de la conciliación de los Formatos T14 con el Jefe de cirugía, ya que el tiempo que especifica este inciso es 5 días previos al día último de cada mes del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio, los cierres son el día 25 de cada mes, 5 días previos es el mismo día del cierre y se presta el servicio incluso nocturno, incluso hay cierres en fin de semana, por lo que se emitiría incompleto y sin validar para dar cumplimiento a este punto. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, se aclara que debera de enviar su reporte 5 dias previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División.
32	32	AT_9. REPORTE MENSUAL DE LA PRODUCTIVIDAD.	Dice: mismo que deberá entregar a la Unidad Médica en físico y en archivo electrónico de manera mensual, y enviarlo dentro de los 5 días previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por	No se acepta, se aclara que debera de enviar su reporte 5 dias previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste,

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División, como sustento de la productividad realizada en el periodo (Excel editable y PDF firmado por las autoridades del Instituto y representante legal del proveedor. Solicitamos a la convocante se permita: enviarlo dentro de los 5 días posteriores al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División.En el entendido de que el reporte del mes debera ser validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División y regularmente no lo realizan el mismo día de cierre como se solicita.¿Se acepta?	de Cirugía o Jefe de División.
33	33	TC_1. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Al final del documento "Términos y Condiciones" se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable..." Entendemos que para atender esta indicación bastará con presentar la transcripción íntegra de documento "Términos y Condiciones" en hoja membretada del licitante con la firma del representante legal, manifestando bajo protesta de decir verdad que se acepta y se dará cabal cumplimiento a lo solicitado en "Términos y Condiciones" tal como lo indica el punto 4.2.1 Propuesta Técnica primer párrafo de bases. ¿Es correcta mi apreciación?	En respuesta a su pregunta, se deberá apegar a lo solicitado en el numeral 4.2.1 del as bases de la convocatoria.
34	34	TC_1. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Al final del documento "Términos y Condiciones" se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable..." Asimismo, se solicita a la Convocante no considerar la	No se acepta, favor de apegarse a lo establecido en el anexo Terminos y Condiciones.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			indicación de presentarlo en archivo de Excel, ya que en la convocatoria viene en formato word, y baste sólo con la presentación en formato PDF. ¿Se acepta?	
35	35	TC_17. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD	Para garantizar el seguimiento y evaluación adecuados, se deberá enviar el Formato T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI", validado por la OOAD/UMAE al correo ctsi.pmi@imss.gob.mx donde se registrarán los PMI realizados a los pacientes, con todos los datos necesarios para la identificación y vigencia de derechos, así mismo la información correspondiente a la prestación del propio servicio como: número de contrato, fecha del procedimiento realizado al paciente, precio unitario, importe total, importe con IVA, nombre y matrícula del médico que autorizo, etc. Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con número de contrato, importe total, importe con iva, ya que el Formato T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI" no cuenta con estos campos, favor de aclarar.	Se aclara que una vez adjudicado al licitante y al momento de enviar su formato T26 debera proporcionar la informacion solicitada como numero de contrato dentro del cuerpo del correo, y el formato establecido sin modificaciones con todas su columnas adecuadamente requisitadas.
36	36	TC_4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	Solicitamos a la Convocante nos permita presentar rúbrica en todas y cada una de las hojas de manuales, registros y documentos que integran nuestra propuesta y, firma autógrafa en las cartas, escritos y anexos que la solicita. ¿Se acepta?	Se Acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demas licitantes.
37	37	TC_4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita integrar para cubrir estos rubros: licenciados (as) en enfermeria o enfermeros (as) generales o tecnicos (as) en enfermeria o ingenierios (as) biomedicos. ¿se acepta?	Se acepta , siempre que se cumplan con lo establecido en la convocatoria en su numeral 4.2.11 y el personal cuenrte con conocimiento especializados en minima invasion comprobable.
38	38	TC_4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto	Con relación al requisito consistente en "Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación" especificado en el	Se aclara que esta informacion debera contenerla el curriculum individualizado del personal propuesto, indicando lugar de trabajo, feha de inicio y de termino en

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			inciso c) del presente numeral, se solicita respetuosamente a esta H. Convocante se deba presentar la "Constancia de semanas cotizadas en el IMSS" por cada técnico propuesto, en lugar de los contratos formalizados relacionados con el servicio, ya que dicho documento público es efectivo para verificar la experiencia y antigüedad señalada en el currículúm vitae. ¿Se acepta?	su caso, asi como establecer que activiades realizaba.
39	39	TC_4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto	Respecto a lo dicho en el numeral " ... la Asignación del supervisor de Instalación y mantenimientos será al menos uno por cada diez Hospitales, perfil Licenciatura en Ingeniería Biomédica o Bachillerato Técnico en mantenimiento de equipo biomédico...", el ingeniero supervisor de instalacion y mantenimiento puede tener la Licenciatura de Ingenieria Biomedica o afin (Ingenieria electronica, mecatronica, electrica, etc) con experiencia en gestion de equipo medico, ¿se acepta?	Se solicita el apego a lo establecido en la convocatoria en numeral 4.2.11, en donde se establece el supervisor debera contar con perfil de licenciatura en ingeniaria biomedica o bachillerato tecnico.
40	40	TC_4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto Inciso c)	Solicitamos a la convocante se acepte para el caso del personal técnico en sitio, el Anexos T14 "Reporte individual de procedimientos y bienes de consumo complementarios", de contratos iguales o similares debidamente firmados por el técnico y el médico que recibió la asistencia técnica, y así comprobar la experiencia y la relación al servicio de Mínima Invasión a traves de la fecha en que se realizó el procedimiento. ¿Se acepta?	Se aclara que el formato T14Reporte individual de procedimientos y bienes de consumo complementarios" no se relaciona con la experiencia del personal propuesto.
41	41	TC_4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto Inciso c)	Considerando que previo a las Disposiciones de las Leyes en materia de Subcontratación Laboral publicados en Diario Oficial de la Federación en abril de 2021, era posible la subcontratación de personal. Solicitamos que para demostrar la "Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación", nos permita en aquellos casos donde existió personal subcontratado, anexar a los contratos	Se aclara que esta informacion debera contenerla el curriculum individualizado del personal propuesto, indicando lugar de trabajo, feha de inicio y de termino en su caso, asi como establecer que activiades realizaba.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			individuales, el Convenio de Participación Conjunta de mi representada con la empresa subcontratante presentado en la "Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Plurianual LA-050GYR988-E6-2019 contratación del Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión 2020-2022" ¿Se acepta?	
42	42	TC_4.2.12 Copia de la Cédula y/o Título Profesional o Técnico del personal propuesto	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es aceptado el certificado de estudios a nivel medio superior para el puesto de Tecnico en sitio.	Se solicita el apego a lo establecido en la convocatoria en numeral 4.2.12, en donde se establece que el personal puede incluir certificado de estudios, carta pasante, titulo o cedula profesional, nivel licenciatura o técnico.
43	43	TC_4.2.12 Copia de la Cédula y/o Título Profesional o Técnico del personal propuesto	Solicitamos amablemente a la convocante nos acepte como comprobante de estudios KARDEX o Acta de Titulación o Diploma de terminación de estudios, de acuerdo a cada institución academica ¿se acepta ?	Se solicita el apego a lo establecido en la convocatoria en numeral 4.2.12, en donde se establece que el personal puede incluir certificado de estudios, carta pasante, titulo o cedula profesional, nivel licenciatura o técnico.
44	44	TC_4.2.13 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio Punto 2.	Solicitamos a la convocante se acepte para el caso del personal técnico en sitio, el Anexos T14 "Reporte individual de procedimientos y bienes de consumo complementarios" de contratos iguales o similares, debidamente firmados por el técnico y el médico que recibió la asistencia técnica, y así comprobar el dominio de herramientas relacionadas con el servicio. ¿Se acepta?	Se solicita el apego a lo establecido en la convocatoria en numeral 4.2.12, en donde se establece que el personal puede incluir certificado de estudios, carta pasante, titulo o cedula profesional, nivel licenciatura o técnico.
45	45	TC_4.2.17 Experiencia del licitante	Solicitamos de la manera más atenta a la Convocante que nos permita entregar copia de los contratos sin anexos, ya que estos llegan a estar conformados por más de 300 páginas. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de entregar contrato sin sus anexos, ya que la convocante deberá comprobar que dichos anexos tengan congruencia con los contratos presentados.
46	46	TC_4.2.18	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante que para cumplir con este punto, nos permita presentar los mismos contratos integrados en el numeral "4.2.17 Experiencia del licitante". ¿Se acepta?	Favor de apegarse a los solicitado en el numeral 4.2.18 de las bases de la convocatoria.
47	47	TC_4.2.19 Metodología Inciso f)	Solicitamos a la convocante nos aclare si este iniciso y el FORMATO T25 aplica únicamente para el PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, y en caso de no participar en dicho paquete	Es correcta su apreciación solo aplica para el paquete 2 Endoscopia.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			no es requisito presentarlo.	
48	48	TC_4.2.21 Presentar el Organigrama de la empresa participante y su Currículum Empresarial	Considerando que en este punto de bases se solicita nuevamente incluir "los mismos documentos establecidos en los numerales 4.2.11, 4.2.12 y 4.2.13", solicitamos a la Convocante, con la finalidad de no duplicar dicha información y debido al peso de los archivos a cargar a través de Compranet, nos permita presentar un carta bajo protesta de decir verdad de haber incluido los numerales 4.2.11, 4.2.12 y 4.2.13 en el apartado correspondiente. ¿Se acepta?	En respuesta a su pregunta, Favor de Apegarse a la Nota del numeral 4.2.21 que a la letra dice:"Nota: El licitante que en caso de resultar adjudicado, se obliga a mantener al equipo de trabajo asignado al proyecto y que en caso de que algún miembro del equipo por caso fortuito o fuerza mayor, deje de laborar deberá sustituir de inmediato al integrante con otra persona del mismo perfil. Presentando los mismos documentos establecidos en los numerales... 4.2.11,4.2.12 y 4.2.13."
49	49	TC_4.2.21 Presentar el Organigrama de la empresa participante y su Currículum Empresarial	Solicitamos a la convocante para cumplir a cabalidad con lo solicitado en este punto, nos permita presentar el organigrama de la empresa, los Formatos T19 y T20 anexando un escrito libre con el listado de todo el personal describiendo las funciones que realizan cada uno de ellos. Lo anterior con la finalidad de presentar todos los datos solicitados en este punto. ¿Se acepta?	presentar el organigrama de la empresa, los Formatos T19 y T20 anexando un escrito libre con el listado de todo el personal describiendo las funciones que realizan cada uno de ellos.
50	50	TC_4.2.21 Presentar el Organigrama de la empresa participante y su Currículum Empresarial	Considerando que en este punto de bases se solicita nuevamente incluir "los mismos documentos establecidos en los numerales 4.2.11, 4.2.12 y 4.2.13", solicitamos a la Convocante, con la finalidad de no duplicar dicha información y debido al peso de los archivos a cargar a través de Compranet, nos permita presentar un carta bajo protesta de decir verdad de haber incluido los numerales 4.2.11, 4.2.12 y 4.2.13 en el apartado correspondiente. ¿Se acepta?	En respuesta a su pregunta, Favor de Apegarse a la Nota del numeral 4.2.21 que a la letra dice:"Nota: El licitante que en caso de resultar adjudicado, se obliga a mantener al equipo de trabajo asignado al proyecto y que en caso de que algún miembro del equipo por caso fortuito o fuerza mayor, deje de laborar deberá sustituir de inmediato al integrante con otra persona del mismo perfil.Presentando los mismos documentos establecidos en los numerales... 4.2.11,4.2.12 y 4.2.13."
51	51	TC_4.2.21 Presentar el Organigrama de la empresa participante y su Currículum Empresarial	Solicitamos a la convocante para cumplir a cabalidad con lo solicitado en este punto, nos permita presentar el organigrama de la empresa, los Formatos T19 y T20 anexando un escrito libre con el listado de todo el personal describiendo las funciones que realizan cada uno de ellos. Lo anterior con la finalidad de presentar todos los datos solicitados en este punto. ¿Se acepta?	presentar el organigrama de la empresa, los Formatos T19 y T20 anexando un escrito libre con el listado de todo el personal describiendo las funciones que realizan cada uno de ellos.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

52	52	TC_4.2.5 Carta compromiso del Licitante participante en la Instalación de Equipo	Con la finalidad de garantizar la calidad del servicio y el suministro de equipos, bienes de consumo e instrumental. Solicitamos a la Convocante que, para fines de esta licitación, se requiera a todos los licitantes participantes presentar carta solidaria en formato libre expedida por el representante legal de los fabricantes que brindan el apoyo. ¿Se acepta?	No acepta su solicitud , de requerir carta solidaria expedida por los fabricantes, toda vez que representa un cambio en los requisitos establecidos originalmente en la presente convocatoria.
53	53	TC_4.2.7 Fecha de fabricación de sus equipos:	Solicitamos a la convocante se acepten los equipos que mi representada tiene actualmente instalados en el instituto; derivado de la pandemia dejaron de utilizarse año y medio (2020 y 2021), encontrándose en óptimas condiciones de funcionamiento y cumpliendo con todos los requisitos y mantenimientos realizados con fecha de fabricación 2016, esto con la finalidad de no encarecer el servicio, ya que la contratación es por 5 meses, se acepta?	Se aclara que los licitantes deberán apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.6 y 4.2.7 de la convocatoria, en al que especifica que los equipos deberán tener una antigüedad no mayor a 4 años 0 meses de la fecha de fabricación.
54	54	TC_6.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo y del Instrumental.	Dice: Es preciso señalar que la fecha específica de mantenimiento no podrá rebasar la semana señalada y se deberá considerar que puede ser modificado por la frecuencia de los servicios. Solicitamos a la convocante se permita que, el mantenimiento se realice dentro del mes de mantenimiento señalado en el Anexo T5 Programación de mantenimiento preventivo de los equipos médicos e instrumental, de acuerdo a nuestra experiencia, las unidades médicas sugieren la semana o el día en que se puede llevar a cabo el mantenimiento en base a su productividad o ajuste de su programación, esto para no interrumpir el servicio coordinado con los jefes de esta área. ¿Se acepta?	No se acepta, dberan de apegarse a las recomendaciones a la señalado en las recomendaciones del manual del fabricante.
55	55	TC_7.1 Actividades	Solicitamos a la convocante nos aclare si el Formato T25	Es correcta su apreciacion solo aplica para el paquete 2

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Asistenciales Del Técnico Para Los Procedimientos Para Mínima Invasión	aplica unicamente para el paquete 2 Endoscopia, para el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios, derivado de que dice: En el caso de los endoscopios con el siguiente procedimiento: - Lavado mecánico de los endoscopios con base en la guía del fabricante después de cada procedimiento llevado a cabo en el paciente, o el uso de equipo de lavadoras automáticas para el lavado de endoscopios, siendo decisión del licitante adjudicado la utilización de estos en forma automática o el lavado mecánico antes descrito. La utilización del lavado mecánico o el uso de lavadoras automáticas debe de apegarse a normatividad conforme a la NOM-045-SSA2-2005 Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales. - Todos los endoscopios utilizados, deberán ser sometidos a un proceso de desinfección de alto nivel (DAN) o de esterilización que garantice la asepsia de estos en apego al FORMATO T25 Manual de Desinfección de Alto Nivel (DAN), para evitar infecciones o contagios en los pacientes y personal de salud, conforme a la NOM-045-SSA2-2005 Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, numerales 6.23, 10.6.6.4 y 10.6.7.5.	Endoscopia.
NO. CONSECUTIVO IMSS	**Número Consecutivo [1]**	**Numeral o punto específico de la Convocatoria [2]**	**Pregunta [3]**	**RESPUESTA**
56	56	1.5 Idioma en el que se presentarán las proposiciones.	Solicitamos a la convocante se permita presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica	No se acepta su solicitud de presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, solamente la portada y paginas de hojas referenciadas, esto con la finalidad de reducir el tamaño y peso de los archivos a subir en la plataforma. ¿Se acepta?	evaluados, tales como certificados del fabricante, solamente la portada y paginas de hojas referenciadas, debera presentar la informacion completa debidamente referenciada.
57	57	2.10. Tipo de Abastecimiento.	DICE: La presente licitación contempla 31 partidas cada una en una sola fuente de abastecimiento, por lo cual no aplica el abastecimiento simultáneo. Solicitamos a la convocante aclare cuales son la 31 partidas referidas, ya que en el numeral 1.1. Datos generales de identificación., Área requirente solamente refieren 17 : · Chiapas · Guerrero · Morelos · Oaxaca · Puebla · Tabasco · Tlaxcala · Veracruz Norte · Veracruz Sur · D.F. Sur · UMAE HE CMN Siglo XXI · UMAE HE CMN Puebla · UMAE HE 14 CMN Veracruz · UMAE HGO 4 San Ángel · UMAE HTO CMN Puebla · UMAE HP CMN Siglo XXI · UMAE HON CMN Siglo XXI Favor de aclarar.	En respuesta a su pregunta se señala que en el Anexo XXIX de la Convocatoria se relacionan los anexos que se subieron a la Plataforma de CompraNet y se hace mencion del T1 Requerimientos de SMI para PMI en donde se señalan los OOAD y UMAES con su respectivo Paquete los cuales pertenecen a una partida, para una mejor referencia se volvera a cargar el Anexo T1 Requerimientos de SMI para PMI actualizado con el numero de partidas correspondiente.
58	58	202_FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/	Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Complementario (bcc). En la sección evaluación técnica. Dice: NOMBRE DE LA CARPETA, debemos entender que se	Es correcta su apreciación, se refiere a documentos contenidos bajo los numerales 4.2.3.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		DOCUMENTAL:	refiere al nombre de los documentos contenidos bajo los numerales 4.2.3. ¿Es correcto?	
59	59	4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	Solicitamos a la Convocante nos permita presentar rúbrica en todas y cada una de las hojas de manuales, registros y documentos que integran nuestra propuesta y, firma autógrafa en las cartas, escritos y anexos que la solicita. ¿Se acepta?	Se Acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.
60	60	ANEXO NÚMERO 2A (DOS A) ANEXO TÉCNICO 3.EQUIPO MÉDICO	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Equipo Médico que avale los 6 años de fabricación (a partir 2016) ¿Se acepta?	Se aclara que los licitantes deberán apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.6 y 4.2.7 de la convocatoria, en al que especifica que los equipos deberán tener una antigüedad no mayor a 4 años 0 meses de la fecha de fabricación.
61	61	ANEXO T1 SMI para PMI (Hasta junio 2023)	Se solicita a la convocante confirme si las OOAD / UMAE NO van a requerir en el Anexo t1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión Bienes de consumo complementario, ya que de acuerdo a nuestra experiencia varias unidades sí necesitan de estos bienes para completar los procedimientos de mínima invasión como corresponden, ejemplo: Para la clave 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto es necesario el Bien de consumo completario clave 10.04.122 Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. Favor de aclarar o incluir los Bienes de Consumo Complementarios al Anexo T1 Requerimientos SMI para PMI	Considerar bienes de consumo básico en anexo T1
62	62	Anexo T2 Equipo médico 1.6 531.350.0133 Láser quirúrgico de Holmio. *Equipo Itinerante 1.6.10 Pedal con longitud del cable de activación. Como mínimo o inalámbrico según	Se solicita a la convocante se permita ofertar:- Pedal con cable de activación. Según tecnología del fabricante. Ya que no expresa la longitud del cable del pedal. ¿Se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Pedal con cable de activación. Según tecnología del fabricante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		tecnología del fabricante		
63	63	Anexo T2 Equipo médico 1.9 531.072.0064 Equipo de artroscopía. 1.9.5.1.3 Con funciones de corte y coagulación niveles pre configurables.	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Indicado para la recesión, ablación y coagulación de tejidos blandos....con ajustes del valor de coagulación y ablación. De acuerdo a descripción de fabricante,¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar lo Indicado para la recesión, ablación y coagulación de tejidos blandos....con ajustes del valor de coagulación y ablación. De acuerdo a descripción de fabricante. Sin ser obligatorio para los demás licitantes.
64	64	Anexo T2 Equipo médico 537.277.0015 Microdebridador eléctrico para oído y nariz.1.7.3 Mango eléctrico para Fresado de hueso con cremallera.	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pieza de mano otológica de alta velocidad con accesorios rectos y en ángulo para mejor acceso quirúrgico. De acuerdo a descripción de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solicitud , debe apegarse a lo establecido en la presente convocatoria.
65	65	Anexo T2 Equipo Médico	1.6.6.2 Rango de energía por pulso de 200 a 3500 mJ o mayor deacuerdo a tecnología del fabricante. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: 1.6.6.2 Rango de energía por pulso de 500 a 3500 mJ o mayor deacuerdo a tecnología del fabricante. De acuerdo a tecnoloía de fabricante, ¿se acepta?	No acepta su solicitud de ofertar Rango de energía por pulso de 500 a 3500 mJ o mayor de acuerdo a tecnología del fabricante. Deberá apegarse a lo establecido en el anexo T2 numeral 1.6.6.2
66	66	Anexo T2 Equipo Médico	1.1.7.6.3 Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo. Solicitamos a la convocante se permita referenciar como: 1.1.7.6.3 Modo "HIGH FLOW" (Alto Flujo) con una potencia de flujo de hasta 50 l/min como maximo.Y modo "PEDIATRIA" con limite de flujo de 15l/min ¿se acepta?	Se acepta su solicitud de referenciar Modo "HIGH FLOW" (Alto Flujo) con una potencia de flujo de hasta 50 l/min como máximo modo "PEDIATRIA" con limite de flujo de 15l/min , siendo opcional para el resto de los licitantes.
67	67	Anexo T2 Equipo Médico	1.1.10.3 Pantalla: LCD o LED o tecnologia superior	Se acepta su solicitud de ofertar Pantalla: LCD (TFT a color o sus variaciones) o LED o tecnología superior. De acuerdo

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Solicitamos se permita ofertar: 1.1.10.3 Pantalla: LCD (TFT a color o sus variaciones) o LED o tecnologia superior. De acuerdo a tecnologia de fabricante, ¿se acepta?	a tecnologia de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes.
68	68	Anexo T2 Equipo Médico	1.1.10.13 Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. o velocidad de flujo del capnógrafo de 120 +/- 20ml por minuto. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Capnografía. Velocidad de flujo de capnografo de 120± 20ml/min. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Capnografía. Velocidad de flujo de capnografo de 120± 20ml/min. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes.
69	69	Anexo T2 Equipo Médico	1.3.3 En el rango entre 23 hasta 55.5 Kilo Hertz. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: 1.3.3 En el rango entre 23 hasta 56.5 Kilo Hertz. De acuerdo a tecnoloía de fabricante, ¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar 1.3.3 En el rango entre 23 hasta 56.5 Kilo Hertz. De acuerdo a tecnoloía de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes.
70	70	Anexo T2 Equipo Médico	1.6.6.2 Rango de energía por pulso de 200 a 3500 mJ o mayor deacuerdo a tecnología del fabricante. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: 1.6.6.2 Rango de energía por pulso de 0,5 a 3.5J o mayor deacuerdo a tecnología del fabricante. De acuerdo a tecnoloía de fabricante, ¿se acepta?	No acepta su solicitud de ofertarRango de energía por pulso de 0.5 a 3.5 J o mayor deacuerdo a tecnología del fabricante. Debera apegarse a lo establecido en el anexo T2 numeral 1.6.6.2
71	71	Anexo T2 Equipo Médico	1.6.6.3 Frecuencia de pulsos en un rango de 3 mínimo a 20 Hz, o mayor.Se solicita a la convocante, nos permita	No acepta su solicitud de ofertar Rango Frecuencia de pulsos en un rango de 5 mínimo a 20 Hz, o mayor de

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			ofertar:1.6.6.3 Frecuencia de pulsos en un rango de 5 mínimo a 20 Hz, o mayorDe acuerdo a tecnoloía de fabricante, ¿se acepta?	endeacuerdo a tecnología del fabricante. Debera apegarse a lo establecido en el anexo T2 numeral 1.6.6.3
72	72	Anexo T2 Equipo medico 531.072.0064 Equipo de artroscopía .1.9.4.2 Flujo entre el rango 0.25 a 2.5 lpm.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar, flujo entre el rango de 0.3 a 2.5lpm. Esto sin ser limitante al resto de los participantes. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar equipo de artroscopia flujo entre el rango de 0.3 a 2.5lpm. Debera apegarse a anexo T21.9.4.2
73	73	Anexo T2 Equipo medico 531.072.0064 Equipo de artroscopía. 1.9.10.2 Adaptador al mango de isquemia.	Se solicita amablemente a la convocante aclare si ¿se refiere al brazalete del torniquete de isquemia con manguera de conexión o solo a la manguera de conexión?	Se refiere al brazalete del torniquete de isquemia con manguera de conexión.
74	74	Anexo T2 Equipo medico 531.584.0198 Litotriptor neumático .1.5.7 Varilla de litotriptor de 0.8mm. o 0.9 mm o de medida de acuerdo a tecnología del fabricante.	Se solicita a la convocante aclare si no será requerida la varilla de litotriptor de 2.0mm para litotricia percutánea.	Se aclara que si se requerira la varilla de litotriptor de 2.0mm para litotricia percutánea.
75	75	Anexo T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL. Anexo T2 Equipo médico Anexo T3 Instrumental Anexo T4 Bienes de consumo y complementarios	Se solicita a la convocante se aclare si nuestra propuesta técnica debemos presentarla de acuerdo al Anexo T23, ya que los Anexos T2, T3, y T4 no corresponden, pues refieren características distinas a lo que se describe en el Anexo T23 propuesta de la convocatoria. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Debera de apegarse a lo establecido en la convocatoria
76	76	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental "Pinza Maryland bipolar con cable, 5 mm ."Uro 1, No. 19. Uro 2, No. 19.	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza de agarre y disección de Kelly bipolar, 5mm. De acuerdo a descripción de fabricante.¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Pinza de agarre y disección de Kelly bipolar, 5mm. De acuerdo a descripción de fabricante. siendo opcional para el resto de los licitantes.
77	77	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Endoginecología 2.2 De flujo continuo, con dos válvulas	Se solicita a la convocante de la manera más atenta se permita ofertar :2.2 Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación...Esto sin ser limitativo al resto de participantes. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitur de ofertar 2.2 Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación. Debera apegarse a lo establecido en el anexo T3

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		stop-cock, que incluya:		
78	78	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Endouro 3 5. Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr.	Se solicita a la convocante de la manera más atenta se permita ofertar: Maxima potencia de irrigación a través del gran canal recto de trabajo con dos conexiones de irrigación en ángulo recto. Canal de trabajo: 5ch, para utilizar con instrumentos hasta 4 charr.Esto sin ser limitativo al resto de participantes. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Maxima potencia de irrigación a través del gran canal recto de trabajo con dos conexiones de irrigación en ángulo recto. Canal de trabajo: 5ch, para utilizar con instrumentos hasta 4 charr. Debera apegrase a lo establecido en el anexo T3
79	79	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Endouro 4 4. Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr.	Se solicita a la convocante de la manera más atenta se permita ofertar: Maxima potencia de irrigación a través del gran canal recto de trabajo con dos conexiones de irrigación en ángulo recto. Canal de trabajo: 5ch, para utilizar con instrumentos hasta 4 charr. Esto sin ser limitativo al resto de participantes. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Maxima potencia de irrigación a través del gran canal recto de trabajo con dos conexiones de irrigación en ángulo recto. Canal de trabajo: 5ch, para utilizar con instrumentos hasta 4 charr. Debera apegrase a lo establecido en el anexo T3
80	80	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Gineco 1. 17. Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotable 360° de acción doble, longitud en el rango de 31 a37 cm., autoclavable.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar :17. Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotable 360° de abertura unilateral, longitud en el rango de 31 a37 cm. ¿Se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotable 360° de abertura unilateral, longitud en el rango de 31 a37 cm. siendo opcional para el resto de los licitantes.
81	81	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 1. 14.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 14. Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre "0", longitud útil	No se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre "0", longitud útil de 11 cm. Debera

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre "0", quijadas o punta de pinza de 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.	de 11 cm. De acuerdo a tecnología del fabricante. ¿se acepta?	apegarse a lo establecido en el anexo T3
82	82	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 1. 13. Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1", quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar :13. Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 11 cm, de acuerdo a tecnología de fabricante. ¿se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 11 cm. Debera aperagarse a los establecido en anexo 3.
83	83	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 1 20. Pinza tipo Hartman de copa de long 14 a 18 cms	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza tipo Hartman, cuchara redonda, 2,5mm de diámetro, longitud útil 12.5cm. De acuerdo a tecnología de fabricante,¿se acepta?	No se aceopta su solicitud de ofertar Pinza tipo Hartman, cuchara redonda, 2,5mm de diámetro, longitud útil 12.5cm.
84	84	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 1. 16. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0", quijadas o punta de pinza de 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. (referencia según márca del fabricante)	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 16. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0", longitud útil de 11 cm, de acuerdo a tecnología del fabricante. ¿se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0", longitud útil de 11 cm. Debera apegarse a lo normado en anexo T3.
85	85	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 1. 17.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 17. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o	Se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "2", quijadas o punta de pinza de 10 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.(referencia según márca del fabricante)	Weil-Blakesley. Calibre "2", longitud útil de 11 cm, de acuerdo a tecnología del fabricante. ¿se acepta?	"2", longitud útil de 11 cm, de acuerdo a tecnología del fabricante.siendo opcional para el resto de los licitantes.
86	86	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 1. 18. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 10 cm.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 18. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 10 cm, según tecnología del fabricante. ¿se acepta?	Se acepta su solicitud de afertar Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 10 cm, según tecnología del fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes
87	87	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 2 1. Telescopio o sistema óptico de 0°, de 3 mm., longitud útil de 8 cm., autoclavable.(oido)	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Telescopio o sistema óptico de 0°, de 3 mm., longitud útil de 14 cm., autoclavable.(oido). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solicitu de ofertar Telescopio o sistema óptico de 0°, de 3 mm., longitud útil de 14 cm., autoclavable.(oido). De acuerdo a tecnología de fabricante.debera apegarse a lo establecido en anexo T3
88	88	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 2 11. Pinzas otológicas, curva hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud 8 a 10 cm	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas otológicas, curva hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.9 mm, longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinzas otológicas, curva hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.9 mm, longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante,debera apegarse a lo establecido en anexo T3.
89	89	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 2 12. Cánulas de aspiración, curva,	Solicitamos a la convocante elimine uno de los dos numerales mencionados ya que se refieren al mismo producto.¿se acepta?	Es correcta su apreciacion, se refiere a documentos contenidos en una misma clave, porlo que debera etiquetarse solo una de ellas.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Luer-Lock, 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 9 cm, cónico o cilíndrico.13. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 9 cm, cónico o cilindrico 13. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 9 cm, cónico o cilindrico		
90	90	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 2 16. Cánulas de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 cm, cónico	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Cánulas de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solucitud de ofertar Cánulas de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante. Debera apegarse a los establecido en anexo T3.
91	91	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 2 17. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, hasta 2 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 9 cm, cónico o cilindrico	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración de Fisch, acodado, con placa de agarre, 2mm diámetro exterior, longitud útil 9cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Tubo de aspiración de Fisch, acodado, con placa de agarre, 2mm diámetro exterior, longitud útil 9cm. De acuerdo a tecnología de fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes.
92	92	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 2 4. Telescopio o sistema óptico de 0°, de 3 mm., longitud útil de 8 cm., autoclavable.(oido)	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Telescopio o sistema óptico de 70°, de 3 mm., longitud útil de 14 cm., autoclavable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Telescopio o sistema óptico de 70°, de 3 mm., longitud útil de 14 cm., autoclavable. De acuerdo a tecnología de fabricante. Deberá apegarse a lo establecido en anexo T3
93	93	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 2 7 Disector de, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha o a la izquierda ,	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de Thomassin, dos extremos útiles, extremos con doble curvatura, derecha o izquierda, longitud 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Disector de Thomassin, dos extremos útiles, extremos con doble curvatura, derecha o izquierda, longitud 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		longitud 18 cm.		
94	94	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 2 7. Disector de, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha o a la izquierda , longitud 18 cm.	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de Crabtree, longitud 16cm, 90°, plano, anchura 0.5mm, longitud 1.5mm. De acuerdo a tecnología de fabricante,¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Disector de Crabtree, longitud 16cm, 90°, plano, anchura 0.5mm, longitud 1.5mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional parael resto de los licitantes.
95	95	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 3 Ped 21. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 10 cm.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 21. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 10 cm. Según la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 10 cm. Según la tecnología del fabricante.siendo opcional para el resto de los licitantes.
96	96	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 3 Ped. 13. Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 13. Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1", longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Según la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1", longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Debera apegarse a lo establecido en anexo T3.
97	97	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 3 Ped. 17. Pinza nasal, recta, tipo	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 17. Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre "0", longitud útil de 11 a 12 cm. Según la tecnología del fabricante. ¿Se	No se acepta su solicitu de ofertar Telescopio o sistema óptico de 0°, de 3 mm., longitud útil de 14 cm., autoclavable.(oido). De acuerdo a tecnología de

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Blakelsley. Calibre "0" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 5 a 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm.	acepta?	fabricante.debera apegarse a lo establecido en anexo T3
98	98	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 3 Ped. 18. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 18. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 11 cm. Según la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 11 cm. Según la tecnología del fabricante. Debera apegarse a lo establecido en anexo T3.
99	99	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 3 Ped. 19. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 5 a 7 mm de largo por 2.5 a 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar :19. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0", longitud útil de 11 cm. Según la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitu de ofertar Telescopio o sistema óptico de 0°, de 3 mm., longitud útil de 14 cm., autoclavable.(oido). De acuerdo a tecnología de fabricante.debera apegarse a lo establecido en anexo T3
100	100	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 3 Ped. 20. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 20. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "2", longitud útil de 11 cm. Según la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "2", longitud útil de 11 cm. Según la tecnología del fabricante. Debera apegarse a lo establecido en anexo T3.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Calibre "2", quijadas o punta de pinza de 10 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.		
101	101	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 3 Ped. 5. Trócar y camisa para sinoscopía, diámetro externo 3.3 mm., o diámetro interno de 2.7 mm. Longitud de 7.5 a 9.5 cm., compatible con telescopio o sistema óptico de diámetro de 2.7 mm.	Se solicita de la manera más atenta a la convocante aclare si en el caso de ofertar lentes de 3mm, para los numerales 1, 2 y 3 de Otorrino 3 Ped, se debe agregar el trocar y camisa en cuestión, en el entendido de que el diámetro interno solicitado es inferior al aceptado en la oferta de los numerales mencionados. Favor de aclarar.	No es correcta su apreciacion, el diametro interno del material solicitado es correcto. Por lo que debera apegarse a lo establecido en el anexo T3
102	102	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 4 Ped 11. Pinzas otológicas, curva hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud 8 a 10 cm	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas otológicas, curva hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.9 mm, longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinzas otológicas, curva hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.9 mm, longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, debera apegarse a lo establecido en anexo T3.
103	103	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 4 Ped 12. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico .13. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico.	Solicitamos a la convocante elimine uno de los dos numerales mencionados ya que se refieren al mismo producto.¿se acepta?	Es correcta su apreciacion el materail señalado corresponde a la misma clave por lo que debera ajustarse en el anexo
104	104	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 4 Ped 14. Cánulas de aspiración, curvatura de 6 mm, Luer-Lock,	Solicitamos a la convocante elimine uno de los dos numerales mencionados ya que se refieren al mismo producto.¿se acepta?	Es correcta su apreciacion el materail señalado corresponde a la misma clave por lo que debera ajustarse en el anexo

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		1.2 mm de diámetro exterior, cónico .15. Cánulas de aspiración, curvatura de 6 mm, Luer-Lock, 1.2 mm de diámetro exterior, cónico		
105	105	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino 4 Ped 7. Disector de, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha o a la izquierda , longitud 18 cm.	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de Crabtree, longitud 16cm, 90°, plano, anchura 0.5mm, longitud 1.5mm. De acuerdo a tecnología de fabricante,¿se acepta?	No se acepta su propuesta de ofertar Disector de Crabtree, longitud 16cm, 90°, plano, anchura 0.5mm, longitud 1.5mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, dbera apegarse a los establecido en anexo T3.
106	106	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Otorrino1 .15. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.(referencia según márca del fabricante)	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 15. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 11 cm, de acuerdo a tecnología del fabricante. ¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 11 cm, de acuerdo a tecnología del fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes.
107	107	Anexo T3 Catálogo de sets instrumental Uro 1. Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.035 Nefrectomía adulto, 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica, 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto, 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida, 10.06	Se solicita de la manera más atenta a la convocante aclare si existe algún código y descripción de procedimiento pendiente de registrar o es un error textual al final del listado queda como 10.06. Favor de aclarar.	No es correcta su apreciacion, ya se encuentran señalados en anexo T1 en los numerales 0.06.035 Nefrectomía adulto, 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica, 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto, 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida, 10.06
108	108	Anexo T3 Catálogo de sets	Se solicita a la convocante aclare si para este set de	Es correcta su aperesiacion porlo que debera de realizarse

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		instrumental Endoginecología 6. Pinzas de agarre tipo grasper, rotable y desmontable en tres componentes, de doble acción, de 5 mm de diámetro y 32 a 37 cm de longitud, reutilizable.	endoginecologia se refiera a la siguiente pinza: Pinza de agarre y biopsia semirrígida, abertura bilateral, 5 charr. Ya que la solicitada corresponde a cirugía laparoscópica. ¿Es correcta nuestra apreciación?	el ajuste del material solicitado.
109	109	Anexo T3 Catálogo de sets instrumentalCirugia Ped 1 10. Pinza baja nudos tipo Gazayerli, de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm.	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza baja nudos tipo Gazayerli, de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 36 cm. De acuerdo a descripción de fabricante. ¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Pinza baja nudos tipo Gazayerli, de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 36 cm. De acuerdo a descripción de fabricante.siendo opcional para el restode los licitantes.
110	110	Anexo T3 Catálogo de sets instrumentalEndouro 6 3. Set de Dilatadores de tipo Van Buren .	Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Dilatadores ureterales tipo Dittel. De acuerdo a descripción de fabricante. Sin afectar al resto de los participantes. ¿se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Dilatadores ureterales tipo Dittel. De acuerdo a descripción de fabricante. Sin afectar al resto de los participantes.debera apegarse a lo establecido en anexo T3
111	111	Anexo T3 Catálogo de sets instrumentalOtorrino 3 Ped. 16. Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 16. Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 11 cm. Según la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 11 cm. Según la tecnología del fabricante, siendo opciona para el resto de los licitantes.
112	112	Anexo T3 Catálogo de sets instrumentalOtorrino 4 Ped	Solicitamos a la convocante elimine uno de los dos numerales mencionados ya que se refieren al mismo	Es correcta su apreciacion debera realizarse el ajuste en anexo T3

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		16. Cánulas de aspiración, con curvatura, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, cónico .17. Cánulas de aspiración, con curvatura, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, cónico.	producto.¿se acepta?	
113	113	Anexo T3 Catálogo de sets instrumentalUro Ped 1. 4. Sistema de irrigación/succión, con cánula de 3 y 5 mm., tipo trompeta o pistola.	Se solicita de la manera más atenta aclare si se refiere a: 4. Sistema de irrigación/succión, con cánula de 3 o 5 mm., tipo trompeta o pistola. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciacion al Sistema de irrigación/succión, con cánula de 3 o 5 mm., tipo trompeta o pistola.
114	114	Anexo T3 Catálogo de sets instrumentalUro Ped 1. 4. Sistema de irrigación/succión, con cánula de 3 y 5 mm., tipo trompeta o pistola.	Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar: 4. Sistema de irrigación/succión, con cánula de 3.5 y 5 mm., tipo trompeta o pistola. Según la tecnología del fabricante. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Sistema de irrigación/succión, con cánula de 3.5 y 5 mm., tipo trompeta o pistola. Según la tecnología del fabricante.
115	115	Anexo T3. 3. Bienes de ConsumoBásicos Ejemplo:Propuesta Técnica (ANEXO T23.3.1) Nombre de la Carpeta: 1. Aguja de Veres. Contenido de la Carpeta: 4.1.2 Folleto o catálogo o referencia gráfica o manual (Se acepta portada y página, donde se encuentre referenciada la Especificación técnica	Se solicita a la convocante presentar carpetas por familia de fabricante o / y distribuidor y no por cada bien de consumo, ya que, en ocasiones en un mismo folleto o catálogo o referencia gráfica o manual, vienen varios bienes de consumo básicos y/o complementarios, haciendo de esta manera su referenciación más práctica y reduciendo considerablemente el número de carpetas¿Se acepta?	Se acepta su solicitud de presentar carpetas por familia de fabricante o / y distribuidor y no por cada bien de consumo, ya que, en ocasiones en un mismo folleto o catálogo o referencia gráfica o manual, vienen varios bienes de consumo básicos y/o complementarios, haciendo de esta manera su referenciación más práctica y reduciendo considerablemente el número de carpeta, siendo opcional para el resto de los licitantes.
116	116	Anexo T3Catálogo de sets instrumentalArtros 5 6 Pinza de retrograda recta derecha e izquierda. 1	Se solicita de la manera más atenta aclare en base a descripción, si ¿se requiere una o dos pinzas?	Se aclara que que efectivamente se debe contar con una pinza para cada direccion.
117	117	Anexo T3Catálogo de sets	Solicitamos a la convocante elimine uno de los dos	Es correcta su apreciacion el materail señalado

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		instrumentalOtorrino 2 1. Telescopio o sistema óptico de 0°, de 3 mm., longitud útil de 8 cm., autoclavable.(oido) 5. Disector de dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o a la izquierda , longitud 18 cm .6. Disector de dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o a la izquierda , longitud 18 cm	numerales mencionados ya que se refieren al mismo producto.¿se acepta?	corresponde a la misma clave por lo que debera ajustarse en el anexo
118	118	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.01.012 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo con implante	De la manera más atenta solicitamos a la convocante aclare si para el procedimiento en cuestión 10.01.012 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo con implante, será requerido el siguiente producto: Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm. Sonda o punta deradiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones. Ya que son necesarias para la correcta preparación de la cavidad previa colocación del sistema de reparación de pequeñas articulaciones.¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciacion por lo que debera considerarse dentro del procedimiento señalado.
119	119	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO Bienes Complementarios clave 10.04.915 "Dilatador ureteral de balón de 3.8 fr. X 10 cm., ó 4 fr. X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 4 fr X 4 cm de longitud de balón."	Solicitamos a la convocante aclare si la descripción se refiere a: Dilatador ureteral de balón de 3.8 mm X 10 cm., ó 4 mm X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 4 mm X 4 cm de longitud de balón.¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciacion

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

120	120	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO Bienes de Consumo Complementarios clave 10.12.912 "Sutura doble armada con aguja recta y curva de 8 a 10-0 (esta última opcional) de polipropileno.	Se le solicita a la convocante se permita ofertar como: Sutura doble armada con aguja curva y curva de 8 a 10-0 (esta última opcional) de polipropileno. De acuerdo a descripción de fabricante. ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes
121	121	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto, numeral 4 "Fresa cortante esférica para hueso duro y cartílago de 3.2 a 3.5 mm., diámetro por 10.5 a 12.5 cm., de longitud. O"	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Fresa cortante esférica para hueso duro y cartílago, angulación de 12°, 3.0mm, diámetro por 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.¿Se acepta?	No se acepta su propuesta de ofertar Fresa cortante esférica para hueso duro y cartílago, angulación de 12°, 3.0mm, diámetro por 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante debera apegarse a lo establecido en anexo T4
122	122	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto, numeral 9 "Malla de poliglactina 910 de 30 X 30 cm. O"	De la manera más atenta solicitamos a la convocante para la descripción: Malla de poliglactina 910 de 30 X 30 cm. OSe nos permita ofertar:Malla de polipropileno de 25 a 35 cm. X 25 a 35 cm. De acuerdo con la tecnología de fabricante, sin afectar al resto de los participantes ya que la descripción solicitada en el Anexo T4 es exclusiva de una marca y limita la libre participación por parte de la proveeduría.¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su solicitud de ofertar Malla de poliglactina 910 de 30 X 30 cm. OSe nos permita ofertar:Malla de polipropileno de 25 a 35 cm. X 25 a 35 cm. De acuerdo con la tecnología de fabricante, sin afectar al resto de los participantes ya que la descripción solicitada en el Anexo T4 es exclusiva de una marca y limita la libre participación por parte de la proveeduría. debera apegarse a lo establecido en anexo T4
123	123	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.01.011	Solicitamos a la Convocante aclare si la descripción se refiere a: Sistema para reparación de labrum, tipo ancla biocompuesta de 2.0 a 3.0 mm., con una o dos suturas O ancla metálica autorroscante de 2.0mm a 3.5 mm, con una	Es correcta su apreciacion

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Artroscopia de hombro con implante, numeral 7 "Sistema para reparación de labrum, tipo ancla biocompuesta de 2.0 a 3.0 mm., con una o dos suturas O ancla metálica autorroscante con una sutura de 2.0mm a 3.5 mm, sutura de 2 O 4 hilos montada en pieza de mano."	sutura de 2 O 4 hilos montada en pieza de mano.¿Es correcta nuestra apreciación?	
124	124	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante, numeral 7 "Sistema para reparación de mango rotador, tipo ancla O tornillo biodegradable tipo saca corchos, montado en pieza de mano y sutura de 3.5 a 6.5 mm., de diámetro. O	Solicitamos a la Convocante aclare si la descripción se refiere a: Sistema para reparación de mango rotador, tipo ancla O tornillo biodegradable tipo saca corchos de 3.5 a 6.5 mm. de diámetro y sutura montada en pieza de mano. ¿Es correcta nuestra apreciación?	es correcta su apreciacion:"Sistema para reparación de mango rotador, tipo ancla O tornillo biodegradable tipo saca corchos, montado en pieza de mano y sutura de 3.5 a 6.5 mm.
125	125	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto, numeral 4 "Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 3.5 a 4.2 mm., de diámetro, de 10.5 a 11 cm., de longitud. O"	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 4 mm., de diámetro, de 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripión de fabricante.¿Se acepta?	No se acepta su propuesta de ofertar Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 4 mm., de diámetro, de 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripión de fabricante debera epgarse a lo estipulado en anexo T4.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

126	126	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto, numeral 4 "Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 10.5 a 11 cm., de longitud. O	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 40°,4.0 mm., de diámetro por 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripión de fabricante.¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar uchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 40°,4.0 mm., de diámetro por 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripión de fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes.
127	127	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto, numeral 4 "Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 10.5 a 11 cm., de longitud. O	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 40°, 3.0 mm., de diámetro por 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripión de fabricante.¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar uchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 40°,4.0 mm., de diámetro por 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripión de fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes
128	128	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto, numeral 4	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 35°, 4.0 mm., de diámetro por 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripión de fabricante.¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar uchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 40°,4.0 mm., de diámetro por 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripión de fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		"Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 10.5 a 11 cm., de longitud. O"		
129	129	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto, numeral 4 "Fresa cortante esférica para hueso duro y cartílago de 3.2 a 3.5 mm., diámetro por 10.5 a 12.5 cm., de longitud. O"	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Fresa cortante oval para hueso duro y cartílago de 3.2 mm., diámetro por 12.5 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.¿Se acepta?	No se acepta su propuesta de ofertarFresa cortante oval para hueso duro y cartílago de 3.2 mm., diámetro por 12.5 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante debera apegarse a los establecico en en anexo T4
130	130	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto, numeral 4 "Fresa para hueso de 4.2 a 4.5 mm., de diámetro, con angulación de 45° a 70° y 11.5 a 13.0 cm., de longitud."	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Fresa para hueso de 4.0 mm., de diámetro, con angulación de 15° y 12.0 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.¿Se acepta?	No se acepta su propuesta de ofertar Fresa para hueso de 4.0 mm., de diámetro, con angulación de 15° y 12.0 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante debera apegarse a lo establecido en anexo 4
131	131	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	Solicitamos a la convocante considere eliminar este renglón ya que en nuestra experiencia no se requiere y solo encarece el procedimiento.¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, ya que son instrumentos indispensables para el procedimiento

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.02.003 Cirugía funcional endoscopica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto. numeral 5 Cuchilla cortadora curva con mordida externa para tejido suave.		
132	132	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.04.016 Litotricia percutánea, numeral 7"Aguja de punción percutáneo de tres elementos."	Solicitamos a la convocante se permita ofertar:Aguja de punción percutáneo de dos o tres elementos. De acuerdo a tecnología de cada fabricante, esto sin afectar al resto de los participantes.¿Se acepta?	Se acepta su propuesta de ofertar guja de punción percutáneo de dos o tres elementos. De acuerdo a tecnología de cada fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes
133	133	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto, numeral 4 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser), numeral 8 10.06.039 Pieloureteterolitotomia por laparoscopia adulto, numeral 9	Solicitamos a la convocante aclare si la descripción que dice: "Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral. longitud. 24 cm calibre. 5 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 5 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud. O" Se permite ofertar como: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j" 5 fr, longitud 24 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la descripción de cada fabricante.¿Se acepta?	No se acepta su porpuesta de ofertar Se permite ofertar como: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j" 5 fr, longitud 24 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la descripción de cada fabricante.debera apegarse a lo establecido en anexo T 4
134	134	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto, numeral 4	Solicitamos a la convocante aclare si la descripción que dice: "Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral. longitud. 26 cm calibre. 5 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 5 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud." Se permite ofertar como: Set o Equipo de	se acepta su prupesta de ofertar Se permite ofertar como: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j" 5 fr, longitud 26 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser), numeral 8 10.06.039 Pieloureterolitotomia por laparoscopia adulto, numeral 9	catéteres ureterales doble "j" 5 fr, longitud 26 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.¿Se acepta?	
135	135	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto, numeral 4 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser), numeral 8 10.06.039 Pieloureterolitotomia por laparoscopia adulto, numeral 9	Solicitamos a la convocante aclare si la descripción que dice :"Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral. longitud. 24 cm calibre. 6 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 6 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud. O" Se permite ofertar como: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j" 6 fr, longitud 24 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar Se permite ofertar como: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j" 6 fr, longitud 24 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.
136	136	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto, numeral 4 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser), numeral 8 10.06.039 Pieloureterolitotomia por laparoscopia adulto, numeral 9	Solicitamos a la convocante aclare si la descripción que dice: "Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral. longitud. 24 cm calibre. 7 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 7 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud O"Se permite ofertar como: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j" 7 fr, longitud.24 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertarSe permite ofertar como: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j" 7 fr, longitud.24 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.
137	137	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y	Solicitamos a la convocante aclare si la descripción que dice: "Set o Equipo de catéteres ureterales radiopaco doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral,	se acepta su propuesta de ofertar Se permite ofertar como: Set o Equipo de catéteres ureterales radiopaco doble "j" 7 fr, longitud. 26 cm, el cual incluye stent, guía y

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		COMPLEMENTARIOS 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto, numeral 4 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser), numeral 8 10.06.039 Pieloureterolitotomia por laparoscopia adulto, numeral 9	longitud. 26 cm calibre. 7 fr catéter ureteral de poliuretano longitud. 70 cm calibre. 7 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud" Se permite ofertar como: Set o Equipo de catéteres ureterales radiopaco doble "j" 7 fr, longitud. 26 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.¿Se acepta?	posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante
138	138	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto, numeral 4 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser), numeral 8 10.06.039 Pieloureterolitotomia por laparoscopia adulto, numeral 9 10.06.060 Pieloplastia adulto, numeral 9 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscopica adulto, numeral 9 10.04.906 Bienes complementarios	Solicitamos a la convocante aclare si lo solicitado en los numerales mencionados se refiere a :"Set ó equipo de catéteres ureterales doble "J" de: 4.7 fr. a 7 fr, longitud de 24 a 26 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a descripción de fabricante ."Esto sin afectar al resto de los participantes.¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciacion
139	139	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica, numeral 3"Manguera en Y con control de goteo."	Solicitamos a la convocante se permita ofertar :Manguera para irrigación/aspiración, longitud de 250 cm., o mayor, estéril.¿ Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta su propuesta de ofertar ofertar :Manguera para irrigación/aspiración, longitud de 250 cm., o mayor, estéril. Siendo opcional para el resto de los licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

140	140	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.06.003 Bypass gástrico, numeral 7 10.06.032 Manga gástrica. numeral 7 "Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 10, 11, 12 y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente."	Solicitamos a la convocante aclare si lo solicitado en los numerales mencionados se refiere a: Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 5, 10, 11, 12 y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 65 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. Esto sin afectar al resto de los participantes.¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciacion
141	141	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.06.013 Colectomía no asistida, numeral 14 "Retractor de incisión."	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Retractor de Herida.Con su debida referenciación gráfica, esto sin afectar al resto de los participantes ¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar Retractor de Herida.siendo opcional para el restode los licitantess.
142	142	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.06.013 Colectomía no asistida, numeral 10 "Cartucho 30, 35, 45, 60,80 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura."	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Cartucho 30, 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. Ya que la medida de 80 mm corresponde a elementos empleados en procedimientos de cirugía abierta.¿Se acepta?	se acepta su prouesta de ofertar Cartucho 30, 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. Ya que la medida de 80 mm, siendo opcional para el resto de los licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

143	143	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, numeral 7 "Clips vasculares de polímero 5 mm. (Pza.)"	Solicitamos a la convocante se permita ofertar: Clips vasculares de polímero largo y extra-largo. De acuerdo a compatibilidad con instrumental de aplicación solicitado en el Anexo T3 y tecnología del fabricante, esto sin afectar al resto de los participantes, ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta de ofertar Clips vasculares de polímero largo y extra-largo. De acuerdo a compatibilidad con instrumental de aplicación solicitado en el Anexo T3 y tecnología del fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
144	144	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico, numeral 910.06.002 Apendicectomía laparoscópica adulto, numeral 9 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica, numeral 810.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas, numeral 6 "Nudo preformado de poliglactina 910 o ácido poliglicolico."	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Loop y nudo deslizante preformado de PGLA. En el entendido de que la nomenclatura corresponde al compuesto solicitado. ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su propuesta
145	145	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.06.027Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico numeral 9 "Nudo preformado de	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Loop y nudo deslizante preformado de PGLA.En el entendido de que la nomenclatura corresponde al compuesto solicitado. ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su propuesta

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		poliglactina 910 O acido poliglicolico O Sutura preanudada."		
146	146	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto, numeral 9 "Malla de poliglactina 910 de 30 X 30 cm. O" "Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies.	Solicitamos a la convocante aclare si para el numeral 9 que dice: 9 Malla de poliglactina 910 de 30 X 30 cm. O 1 Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies. 1 Debe decir: 9 Malla de poliglactina 910 de 30 X 30 cm. O 1 Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies. Esto al considerar que solo es necesario un producto por procedimiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	es correcta su apreciacion
147	147	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto, numeral 9 Malla de poliglactina 910 de 30 X 30 cm. O" "Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies. "	Solicitamos a la convocante aclare si para el numeral 9 que dice: 9 Malla de poliglactina 910 de 30 X 30 cm. O 1 Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies. 1 Debe decir: 9 Malla de poliglactina 910 de 30 X 30 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies. 1 Esto al considerar que solo es necesario un producto por procedimiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciacion
148	148	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS Bienes complementarios clave	Solicitamos a la Convocante aclare si la descripción se refiere a: "Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm, incluye sistema de inflado. ¿Es Correcta la Apreciación?	Es correcta su apreciacion

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.04.912 "Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 fr. X 10 cm., incluye sistema de inflado."		
149	149	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS Bienes de Consumo Complementarios clave 10.02.902	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Fresa cortante oval para hueso duro y cartílago de 3.2 mm., diámetro por 12.5 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar Fresa cortante oval para hueso duro y cartílago de 3.2 mm., diámetro por 12.5 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
150	150	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS Bienes de Consumo Complementarios clave 10.02.902	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Fresa cortante esférica para hueso duro y cartílago, angulación de 12°, 3.0mm, diámetro por 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar Fresa cortante esférica para hueso duro y cartílago, angulación de 12°, 3.0mm, diámetro por 12 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.siendo opcional para el resto de los licitantes
151	151	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS Bienes de Consumo Complementarios clave 10.02.903	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Fresa para hueso de 4.0 mm., de diámetro, con angulación de 70° y 13.0 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.¿Se acepta?	Se acepta su propuesta de ofertar Fresa para hueso de 4.0 mm., de diámetro, con angulación de 70° y 13.0 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.siendo opcional para el resto de los licitantes
152	152	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS Bienes de Consumo Complementarios clave 10.02.903	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta se permita ofertar como: Fresa para hueso de 4.0 mm., de diámetro, con angulación de 15° y 12.0 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.¿Se acepta?	No se acepta su propuesta de ofertar Fresa para hueso de 4.0 mm., de diámetro, con angulación de 15° y 12.0 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.ya que en el numeral aterior se acerca mas a la angulacion solicitada.
153	153	ANEXO T4 CATALOGO DE	Solicitamos a la convocante aclare si la descripción que	se acepta su prupesta de ofertar Se permite ofertar como:

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS Bienescomplementarios clave 10.04.906	dice: "Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral. longitud. 24 cm calibre. 5 fr catéter ureteral de poliuretano. Radiopaco. Con pocisionador. OSe permita ofertar como: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j" 5 fr, longitud 24 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.¿Se acepta?	Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j" 5 fr, longitud 26 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.
154	154	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS TORACOSCOPÍA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas, numeral 1 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica, numeral 1 10.07.103 Toracoscopía diagnóstica con toma de biopsia, numeral 1 "Trócares flexibles punta roma, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 10, 11, 12 y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 65 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente."	Se le solicita a la convocante se permita ofertar como: Trócares flexibles punta roma, reusables que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 10, 11 y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 85 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente." Estos compatibles con instrumental ofertado. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta de ofertar Trócares flexibles punta roma, reusables que permitan utilizar instrumentos de 3, 5, 10, 11 y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 85 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente." Estos compatibles con instrumental ofertado.deberan de apegarse a lo establecido en anexo T4
155	155	ANEXO T4 CATALOGO DE	De la manera más atenta solicitamos a la convocante	Es correcta su apreciacion

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS10.01.013 Artroscopia de cadera sin implante	aclare si para el procedimiento en cuestión 10.01.013 Artroscopia de cadera sin implante, será requerido el siguiente producto: Punta de rasurador Sonda o punta de radiofrecuencia Cánula roscada Guía de nitinol y agujas artroscópicas para acceso Ya que son necesarias para el acceso y la correcta preparación de la cavidad previa colocación del sistema de reparación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	
156	156	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto, numeral 4"Fresa para hueso de 4.2 a 4.5 mm., de diámetro, con angulación de 45° a 70° y 11.5 a 13.0 cm., de longitud."	Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: Fresa para hueso de 4 mm., de diámetro, con angulación de 70° y 13.0 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar Fresa para hueso de 4 mm., de diámetro, con angulación de 70° y 13.0 cm., de longitud. De acuerdo a descripción de fabricante.siendo opcional para el resto de los licitantes.
157	157	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS10.02.004 Cirugía de oído	De la manera más atenta solicitamos a la convocante aclare si para el procedimiento en cuestión 10.02.004 Cirugía de oídoserá requerido el siguiente producto: Cuchilla Cortadora Fresa cortante Ya que son necesarias para el acceso y la correcta preparación de la cavidad ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciacion
158	158	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser), numeral 10"Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada	Solicitamos a la convocante se permita presentar:Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 18 a 22 fr. ODe acuerdo a descripción de fabricante.¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar onda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 18 a 22 fr. ODe acuerdo a descripción de fabricante siendo opcional para el resto de los licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 3 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 18 a 22 fr. O		
159	159	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica, numeral 3"Manguera en Y con control de goteo."	Solicitamos a la convocante se permita ofertar:Manguera para irrigación/aspiración, con cierre de flujo, estéril.¿ Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su prpuesta de ofertar Manguera para irrigación/aspiración, con cierre de flujo, estéril., siendo opcional para el resto de los licitantes.
160	160	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS10.04.119. Litotricia vesical pediátrica, numeral 4 "Canastilla de dormia de nitinol de 4 fr. X 65 a 70 cm., de longitud, de 4 alambres."	Se le solicita a la convocante se permita ofertar como: Canastilla de dormia de nitinol de 4.5 fr. X 65 cm., de longitud, de 4 alambres. De acuerdo a descripción de fabricante. ¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar Canastilla de dormia de nitinol de 4.5 fr. X 65 cm., de longitud, de 4 alambres. De acuerdo a descripción de fabricante.siendo opcional para el resto de los licitantes.
161	161	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS10.06.039 Pieloureterolitotomia por laparoscopia adulto, numeral 9	Solicitamos a la convocante aclare si la descripción que dice :"Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral, longitud de 24 cm., catéter ureteral de poliuretano 4.7 fr. o mayor, longitud de 70 cm., posicionador de 4.7 fr. o mayor, de 50 cm., de longitud. OSe permita ofertar como: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J" 4.7 fr. o mayor, longitud de 24 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la	se acepta su propuesta de ofertar equipo de catéteres ureterales doble "J" 4.7 fr. o mayor, longitud de 24 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			tecnología de cada fabricante.¿Se acepta?	
162	162	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS10.06.047 Prostatectomía laparoscópica, numeral 10"Sonda para drenaje urinario, de permanencia prolongada, de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 mm., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías: Calibres: 18 O 20 O 22 fr."	Solicitamos a la convocante aclare si la descripción se refiere a: Sonda para drenaje urinario, de permanencia prolongada, de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías: Calibres: 18 O 20 O 22 fr. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciacion
163	163	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS10.06.060 Pieloplastia adulto, numeral 9 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscopica adulto, numeral 9	Solicitamos a la convocante aclare si la descripción que dice: "Set ó equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral, longitud de 24 a 26 cm., catéter ureteral de poliuretano 4.7 fr. a 7 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 4.7 fr. a 7 fr., de 50 cm., de longitud."Se permite ofertar como: Set ó equipo de catéteres ureterales doble "J" 4.7 fr. a 7 fr., longitud de 24 a 26 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.¿Se acepta?	No se acepta su propuesta de ofertar Set ó equipo de catéteres ureterales doble "J" 4.7 fr. a 7 fr., longitud de 24 a 26 cm, el cual incluye stent, guía y posicionador compatibles entre sí, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.debera apegarse a lo establecido en anexo T4
164	164	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOSBienes Complementarios clave10.04.917 y 10.04.925	Solicitamos a la convocante aclare a que clave pertenece la descripción:Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm., ó 4 mm. X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balónYa que la descripción se encuentra repetia en la claves mencionadas.	se aclara que la mencionada clavecorresponde a Dilatador ureteral de balón 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud
165	165	AT_10. BITACORA DE INCIDENCIAS	Al final del Anexo Técnico se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción	Es correcta su apreciacion, se trata de un error involuntario por lo que debera referirse a la anexo tecnico

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable..." Entendemos que por tratarse del Anexo Técnico, existe un error involuntario, por lo que la indicación debería referirse al Anexo Técnico y no así a Términos y Condiciones. ¿Es correcta mi apreciación?	al hacerlo propio.
166	166	AT_10. BITACORA DE INCIDENCIAS	Al final del Anexo Técnico se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable...". Entendemos que para atender esta indicación bastará con presentar la transcripción íntegra del Anexo Técnico en hoja membretada del licitante con la firma del representante legal, manifestando bajo protesta de decir verdad que se dará cabal cumplimiento a lo solicitado en el Anexo Técnico, tal como lo indica el punto 4.2.1 Propuesta Técnica primer párrafo de bases. ¿Es correcta mi apreciación?	En respuesta a su pregunta. Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 4.2.1 de las bases de la convocatoria.
167	167	AT_10. BITACORA DE INCIDENCIAS	Al final del Anexo Técnico se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable..." Asimismo, se solicita a la Convocante no considerar la indicación de presentarlo en archivo de Excel, ya que en la convocatoria viene en formato word, y baste sólo con la presentación en formato PDF. ¿Se acepta?	En respuesta a su pregunta se informa que "No se Acepta", se debe apegar a lo establecido en el Anexo Tecnico Núméral 10 "Bitacora de Incidencias"
168	168	AT_10. BITACORA DE INCIDENCIAS	Solicitamos a la convocante que en caso de una negativa a la pregunta anterior se acepte presentar el archivo digital en WORD y PDF no modificable, ya que es un documento que de origen viene en formato WORD y no EXCEL como lo solicita la convocante ¿Se acepta?	En respuesta a su pregunta se informa que "No se Acepta", se debe apegar a lo establecido en el Anexo Tecnico Núméral 10 "Bitacora de Incidencias"
169	169	AT_3. EQUIPO MÉDICO.	Solicitamos a la convocante nos aclare quien define si el equipo es itinerante o fijo ya que menciona :	Se definira por jefaturas de servicio.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Nota: En el caso de existir equipo que se considere itinerante (por alto costo, y bajo uso) deberá presentar el cronograma de Unidades en que se utilizará, previo acuerdo con el o los Administradores de contrato, a través del FORMATO T28 "Cronograma de Actividades del Servicio Itinerante"	
170	170	AT_3. EQUIPO MÉDICO.	La entrega, instalación y puesta en operación del equipo médico, para la realización de los procedimientos establecidos en la descripción del servicio, debe realizarse a más tardar a los 10 (diez)días naturales siguientes, contados a partir de la notificación del fallo..Solicitamos a la convocante permita ofertar Equipo Médico que avale los 6 años de fabricación (a partir 2016), ya que las casas comerciales refieren que la entrega de muchos de los equipo e instrumenales nuevo se han ampliado de 6 a 10 meses. ¿Se acepta?	No se acepta se aclara que los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.6 y 4.2.7 de la convocatoria, en al que especifica que los equipos deberan tener una antigüedad no mayor a 4 años 0 meses de la fecha de fabricacion.
171	171	AT_3. EQUIPO MÉDICO.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Equipo Médico que avale los 6 años de fabricación (a partir 2016)¿Se acepta?	No se acepta se aclara que los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.6 y 4.2.7 de la convocatoria, en al que especifica que los equipos deberan tener una antigüedad no mayor a 4 años 0 meses de la fecha de fabricacion.
172	172	AT_3. EQUIPO MÉDICO.	Solicitamos amablemente a la Convocante, nos permitan entregar portada y páginas referenciadas los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotógrafías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, de los bienes ofertados.Esto con el fin de evitar la saturación del sistema CompraNet en la carga de documentos, ya que algunos de ellos poseen más de 500 páginas En el entendido que se entregarían los manuales completos en caso de que mi representada resultara adjudicado. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, solamente la portada y paginas de hojas referenciadas, debera presentar la informacion completa debidamente referenciada.
173	173	AT_3.1 SUPERVISOR.	Solicitamos a la convocante aclare si para el FORMATO T25	Es correcta su apreciacion solo aplica para el paquete 2

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel (DAN) aplica únicamente para el PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, y en caso de no participar en dicho paquete no es requisito presentarlo. ¿Es correcto?	Endoscopia.
174	174	AT_3.1 SUPERVISOR EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPO.	Solicitamos a la convocante nos aclare si el Formato T25 aplica unicamente para el paquete 2 Endoscopia, para el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios.	Es correcta su apreciacion solo aplica para el paquete 2 Endoscopia.
175	175	AT_3.3 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO".	Solicitamos a la convocante se permita presentar, solo copia simple del último documento de registro sanitario (registro, prorroga o modificación), completo, vigente expedido por la COFEPRIS. Y en caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.2)Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.3)Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.¿Se acepta?	No se acepta su propuesta debera apegarse a lo establecido en anexo T2
176	176	AT_3.3 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO".	Refiere: Para la documentación requerida, deberá considerar las Normas oficiales tanto Mexicanas como Internacionales o Especificación Técnica que resulte aplicable a los bienes requeridos, inciso e) numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES).¿Debemos entender que para este punto el número correcto es el 4.2.9 Normas Oficiales a Considerar Para Prestación Del Servicio del archivo Terminos y Condiciones?	Es correcta su apreciación, el licitante debera apegarse a los establecido en el número 4.2.9 de la convocatoria para la prestación de servicio.
177	177	AT_3.3 DOCUMENTACIÓN	El número 3.3 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL	Es correcta su apreciación, el licitante debera apegarse a

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO".	EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO". Hace alusión a la entrega del FORMATO T23 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL", así como a los siguientes puntos: 1) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga. 2) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS. 3) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. Los cuales no corresponden con los numerales 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad. Requeridos en la Convocatoria como parte de la propuesta técnica. Por lo que debemos entender que se trata de un error y los numerales correctos son 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, Requeridos en la Convocatoria como parte de la propuesta técnica. ¿Es correcta nuestra apreciación?	los establecido en el número 4.2.2, de la convocatoria para la prestación de servicio.
178	178	AT_4. INSTRUMENTAL.	Solicitamos a la convocante se permita referenciar las medidas del instrumental que no puedan ser referenciadas en catálogos, mediante copia simple de carta del fabricante o distribuidor que confirme que las medidas solicitadas son equivalentes a las referenciadas en el catálogo y presentadas en la Propuesta Técnica. ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta de referenciar las medidas del instrumental que no puedan ser referenciadas en catálogos, mediante copia simple de carta del fabricante o distribuidor que confirme que las medidas solicitadas son equivalentes a las referenciadas en el catálogo y presentadas en la Propuesta Técnica. siendo opcional para el resto de los lictantes.
179	179	AT_4.1_Documentación requerida del instrumental contenido en el ANEXO T3	Refiere: Para la documentación requerida, deberá considerar las Normas oficiales tanto Mexicanas como Internacionales o Especificación Técnica que resulte	Es correcta su apreciación, el licitante debera apegarse a los establecido en el número 4.2.9 de la convocatoria para la prestación de servicio.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		"Instrumental de SMI para PMI":	aplicable a los bienes requeridos, inciso e) numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES). ¿Debemos entender que para este punto el número correcto es el 4.2.9 Normas Oficiales a Considerar Para Prestación Del Servicio del archivo Terminos y Condiciones?	
180	180	AT_4.1_Documentación requerida del instrumental contenido en el ANEXO T3 "Instrumental de SMI para PMI":	En el número 4.1.1 se requiere la entrega de los siguientes documentos:- FORMATO T23 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" (presentar formato en PDF y Excel editable). Incluyendo copia simple de los registros sanitarios en anverso y reverso, vigentes expedido por la COFEPRIS, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar: 1) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.2) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.3) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. En el caso de que algún instrumental de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS o deberá presentar, debidamente referenciado, el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de	Es correcta su apreciación.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte. Dicho número no corresponde con el número 4.2.2 Registros Sanitarios de la Convocatoria SMI para PMI.Por lo que, ¿debemos ententder que se trata de un error y se debe tomar en cuenta como correcto la Convocatoria SMI para PMI, bajo el número número 4.2.2 Registros Sanitarios?	
181	181	AT_4.1_Documentación requerida del instrumental contenido en el ANEXO T3 "Instrumental de SMI para PMI":	El número 4.1.2 Del Instrumental ofertado, deberá presentar, tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales solicita: 1. Certificado de calidad ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP, vigente a nombre del fabricante de los bienes. O 2. Certificado FDA o CCEE o su equivalente por la Autoridad Sanitaría del país de origen. 3. En caso de estar en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español. Aceptando únicamente las páginas debidamente referenciadas donde se cite el instrumental FORMATO T23 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL (presentar formato en PDF y Excel editable) Dicho número no corresponde con los establecidos en la Convocatoria SMI para PMI bajo los números 4.2.4 Certificados de calidad. ¿Debemos entender que se trata de un error y apegarnos al número 4.2.4 Certificados de calidad establecido en la Convocatoria SMI para PMI?	Es correcta su apreciación.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

182	182	AT_4.1_Documentación requerida del instrumental contenido en el ANEXO T3 "Instrumental de SMI para PMI":	El númeral 4.1.3 Folleto o catálogo o referencia gráfica o Manual idioma de origen y su traducción simple al español (Se acepta portada y página, Donde se encuentre referenciada la especificación técnica). Refiere en el ejemplo de armado la entrega de los siguientes documentos:1) Folleto o catálogo o referencia gráfica o manual (Se acepta portada y página, donde se encuentre referenciada la Especificación técnica)2) Registro sanitario vigente, o prorroga del registro o carta COFEPRIS que no requiere Reg. SSA o DOF de bienes que no requieren Reg. SSA.3) Certificado de calidad ISO-13485:2016 o FDA o CCEE o JIS o MDSAP o su equivalente por la Autoridad Sanitaría del país de origen, vigente a nombre del fabricante de los bienes.* *En atención al inciso e) del numeral 4.24.3 de POBALINESDebemos de entender que se trata de un error y se debe respetar la distribucion marcada en la Convocatoria SMI para PMI la cual solicita los numerales 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad. ¿Es correcta nuestra apreciacion?	Es correcta su apreciación.
183	183	AT_4.1.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL INSTRUMENTAL CONTENIDO EN EL ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	Solicitamos a la convocante se permita presentar, solo copia simple del último documento de registro sanitario (registro, prorroga o modificación), completo, vigente expedido por la COFEPRIS. Y en caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años 1) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga. 2) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS. 3) Carta en hoja membretada y firmada por el	Es correcta su apreciación.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. ¿Se acepta?	
184	184	AT_4.1.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL INSTRUMENTAL CONTENIDO EN EL ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI"	Solicitamos a la convocante se permita presentar, solo copia simple del último documento de registro sanitario (registro, prorroga o modificación), completo, vigente expedido por la COFEPRIS. Y en caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años 1) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga. 2) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS. 3) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. ¿Se acepta?	No se acepta debera apegarse a lo establecido en el anexo T3
185	185	AT_4.1.3 Folleto o catálogo o referencia gráfica o Manual	Solicitamos amablemente a la Convocante, nos permitan entregar portada y páginas referenciadas de folletos ó catálogos ó referencia gráfica de los bienes ofertados, esto con el fin de evitar la saturación del sistema CompraNet en la carga de documentos, ya que algunos de ellos poseen más de 500 páginas En el entendido que se entregarían los manuales completos en caso de que mi representada	No se acepta su solicitud de presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, solamente la portada y paginas de hojas referenciadas, debera presentar la informacion completa debidamente

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			resultara adjudicado. ¿Se acepta?	referenciada.
186	186	AT_5. BIENES DE CONSUMO	Solicitamos a la convocante nos aclare el FORMATO T18 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios", ya que solicita que se utilice este formato en la entrega de bienes de consumo y dicho formato está elaborado para "Relación de Marcas, Modelos y Fabricante de los bienes de consumo complementarios" no cuenta con columnas de clave del bien de consumo complementario, cantidad a entregar, fecha de entrega, proveedor, unidad medica, contrato, etc. Favor de aclarar.	Favor de apegarse a lo establecido en la presente convocatoria.
187	187	AT_5. BIENES DE CONSUMO	5. Bienes de Consumo En este apartado se describen los bienes de consumo básicos, que son aquellos que se utilizan al cien por ciento en los procedimientos del SMI de PMI y se describen en el ANEXO T4 "Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI" del presente documento, que el proveedor deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados en el ANEXO T 12 "Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI". Entendemos que los bienes de consumo que no se utilicen en el procedimiento, son propiedad del proveedor y por ningún motivo se deben entregar al área médica. ¿Es correcta nuestra apreciacion?	Es correcta su apreciación.
188	188	AT_5.1 PARA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE	Solicitamos a la convocante se permita presentar, solo copia simple del último documento de registro sanitario (registro, prorroga o modificación), completo, vigente expedido por la COFEPRIS. Y en caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años	No se acepta su propuesta

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			1) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga. 2) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS. 3) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. ¿Se acepta?	
189	189	AT_5.1 Para la documentación requerida, deberá considerar lo siguiente:	Solicitamos a la convocante, se nos permita presentar carta de fabricante o distribuidor de la marca sobre los puntos que no puedan ser referenciados en folleto, catálogo, fotografías, manuales. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta
190	190	AT_5.1 Para la documentación requerida, deberá considerar lo siguiente:	Solicitamos a la convocante se permita presentar, solo copia simple del ultimo documento de registro sanitario (registro, prorroga o modificación), completo, vigente expedido por la COFEPRIS. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta
191	191	AT_5.1 Para la documentación requerida, deberá considerar lo siguiente:	Solicitamos a la convocante, permita referenciar en los Registros Sanitarios aquellas características o descripciones solicitadas en caso de requerirse. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta
192	192	AT_5.1 Para la documentación requerida, deberá considerar lo siguiente:	Se solicita ...copia simple de los registros sanitarios... el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica de los Bienes de Consumo...copia simple del Certificado FDA, CCEE o Certificado de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura de COFEPRIS o ISO de Calidad... No se incluye un ejemplo del armado de la carpeta.	Es coorrecta su apreciacion deberan apegarse a no establecido en la convocatoria

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Debemos de entender que se trata de un error y se debe respetar la distribucion marcada en la Convocatoria SMI para PMI la cual solicita los numerales 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad. ¿Es correcta nuestra apreciacion?	
193	193	AT_5.2 Bienes de Consumo Complementario Catálogo:	Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con foliados y facturados por separado.El licitante adjudicado del servicio está obligado a tener disponible y proporcionar los diferentes bienes de consumo complementarios necesarios en el momento en el que se lleva a cabo el procedimiento, sumándose el importe de este insumo al precio unitario del procedimiento programado, de acuerdo con el FORMATO T14 "Reporte individual de procedimientos y Bienes de consumo Complementarios", y serán foliados y facturados por separado.	Se aclara que se refiere unicamente a los bienes de consumo complementarios
194	194	AT_5.2 Bienes de Consumo Complementario Catálogo:	Solicitamos a la convocante nos permita emitir un solo folio para el procedimientos y bienes de consumo complementarios por paciente y una sola factura para procedimientos y bienes de consumo complementarios. ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.
195	195	AT_5.3 La forma de presentación de la documentación	Solicitamos a la convocante, se nos permita presentar carta de fabricante o distribuidor de la marca sobre los puntos que no puedan ser referenciados en folleto, catálogo, fotografías, manuales. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, solamente la portada y paginas de hojas referenciadas, debera presentar la informacion completa debidamente referenciada.
196	196	AT_5.3 La forma de presentación de la	Solicitamos a la convocante, se acepte una variación +/- 10% en las medidas de bienes de consumo de acuerdo con	No se acepta su propuesta

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		documentación	lo dispuesto en el cuadro básico Institucional Vigente. ¿Se acepta?	
197	197	AT_5.3 La forma de presentación de la documentación	Solicitamos a la convocante se permita presentar, solo copia simple del ultimo documento de registro sanitario (registro, prorroga o modificación), completo, vigente expedido por la COFEPRIS. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta
198	198	AT_5.3 La forma de presentación de la documentación	Solicitamos a la convocante, permita referenciar en los Registros Sanitarios aquellas características o descripciones solicitadas en caso de requerirse. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta
199	199	AT_5.3 La forma de presentación de la documentación	...para pronta referencia de los numerales 4.1.1 al 4.1.4 deberá de presentarse en documentos en los que se permita observar su diferenciación e indicando el número que le corresponda de acuerdo a lo asignado en el ANEXO T4 "Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI", seguido del nombre del Bien de Consumo que se esté proponiendo. Ejemplo: Propuesta Técnica (FORMATO T23) ...Contenido de la Carpeta: 1) Folleto o catálogo o referencia gráfica o manual (Se acepta portada y página, donde se encuentre referenciada la Especificación técnica) 2) Registro sanitario vigente, o prorroga del registro o carta COFEPRIS que no requiere Reg. SSA o DOF de bienes que no requieren Reg. SSA 3) Certificado de calidad ISO-13485:2016 o FDA o CCEE o JIS o MDSAP o su equivalente por la Autoridad Sanitaría del país de origen, vigente a nombre del fabricante de los bienes.* *En atención al inciso e) del numeral 4.24.3 de POBALINES Y de esta manera debe de presentarse tantas carpetas	Es correcta su apreciación.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			sean necesarias acordes al número de Bienes de Consumo que se estén proponiendo de acuerdo con el FORMATO T23. Debemos de entender que se trata de un error y se debe respetar la distribucion marcada en la Convocatoria SMI para PMI la cual solicita los numerales 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad. ¿Es correcta nuestra apreciacion?	
200	200	AT_6.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo y del Instrumental.	Dice: Es preciso señalar que la fecha específica de mantenimiento no podrá rebasar la semana señalada y se deberá considerar que puede ser modificado por la frecuencia de los servicios.Solicitamos a la convocante se permita que, el mantenimiento se realice dentro del mes de mantenimiento señalado en el Anexo T5 Programación de mantenimiento preventivo de los equipos médicos e instrumental, de acuerdo a nuestra experiencia, las unidades médicas sugieren la semana o el día en que se puede llevar a cabo el mantenimiento en base a su productividad o ajuste de su programación, esto para no interrumpir el servicio coordinado con los jefes de esta área.¿Se acepta?	No se acepta, dberan de apegarse a las recomendaciones a los señalado a la señalado en las recomendaciones del manual del fabricante.
201	201	AT_6.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo y del Instrumental.	Dice: deberá realizarse la reparación y/o sustitución para que, en un plazo máximo de 48 horas en área metropolitana y 72 horas en áreas rurales a partir de detectado el problema se cuente de nuevo con estos dispositivos médicos en el servicio. Solicitamos a la convocante determine las entidades consideradas como área metropolitana y áreas rurales,	Una zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía. Zona Rural.-Área del municipio ubicada fuera de alguno de los perímetros urbanos ya sea de la cabecera municipal, de los corregimientos o de las inspecciones de

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			toda vez que queda sujeto a interpretación de cada una de las partes.	policía.
202	202	AT_7.1 Actividades Asistenciales Del Técnico Para Los Procedimientos Para Mínima Invasión	Solicitamos a la convocante nos aclare si el Formato T25 aplica unicamente para el paquete 2 Endoscopia, para el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios, derivado de que dice: En el caso de los endoscopios con el siguiente procedimiento: -Lavado mecánico de los endoscopios con base en la guía del fabricante después de cada procedimiento llevado a cabo en el paciente, o el uso de equipo de lavadoras automáticas para el lavado de endoscopios, siendo decisión del licitante adjudicado la utilización de estos en forma automática o el lavado mecánico antes descrito. La utilización del lavado mecánico o el uso de lavadoras automáticas debe de apegarse a normatividad conforme a la NOM-045-SSA2-2005 Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales. -Todos los endoscopios utilizados, deberán ser sometidos a un proceso de desinfección de alto nivel (DAN) o de esterilización que garantice la asepsia de estos en apego al FORMATO T25 Manual de Desinfección de Alto Nivel (DAN), para evitar infecciones o contagios en los pacientes y personal de salud, conforme a la NOM-045-SSA2-2005 Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, numerales 6.23, 10.6.6.4 y 10.6.7.5.	Es correcta su apreciacion solo aplica para el paquete 2 Endoscopia.
203	203	AT_7.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE	Inciso g) Sollicitamos a la convocante nos permita enviar del Formato T26 dentro de los 5 días del mes siguiente al cierre, esto derivado de la conciliación de los Formatos T14	No se acepta se aclara que debera de enviar su reporte 5 dias previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		MÍNIMA INVASIÓN.	con el Jefe de cirugía, ya que el tiempo que especifica este inciso es 5 días previos al día último de cada mes del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio, los cierres son el día 25 de cada mes y se presta el servicio incluso nocturno, incluso hay cierres en fin de semana, por lo que se emitiría incompleto y sin validar para dar cumplimiento a este punto. ¿Se acepta nuestra solicitud?	el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División
204	204	AT_7.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.	g) Registrar y complementar en el FORMATO T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios los procedimientos realizados y los bienes de consumo de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos (CTSMI) utilizados (concentrado general) durante los procedimientos de Mínima Invasión, y enviarlo dentro de los 5 días previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División.Solicitamos a la convocante se permita: enviarlo dentro de los 5 días posteriores al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División.En el entendido de que el reporte del mes debera ser validado por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División y regularmente no lo relizan el mismo dia de cierre como se solicita.¿Se acepta?	No se acepta se aclara que debera de enviar su reporte 5 dias previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División
205	205	AT_8. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	Transferencia técnica inicial. Esta capacitación técnica deberá otorgarse una vez que ya se tengan los equipos, instrumental e insumos en la unidad por lo que deberá ser entre del día 61 (sesenta y uno) natural al 90(noventa) días naturales a la emisión del fallo y antes del inicio de la	No se acepta su propuesta debera otorgarse lo antes posible , una vez que se cuente cn el equipo e instrumental.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			prestación del servicio. Solicitamos a la convocante premita realiazar la Transferencia técnica inicial, a partir del día 83 (ochenta y tres) natural a la emisión del fallo, conforme cronograma de instalación y hasta la programacion de la misma por parte del área médica. Toda vez que podrán ser solicitadas conforme sean requeridas. ¿Se acepta?	
206	206	AT_9. REPORTE MENSUAL DE LA PRODUCTIVIDAD.	Solicitamos a la convocante nos permita enviar del Formato T26 dentro de los 5 días del mes siguiente al cierre, esto derivado de la conciliación de los Formatos T14 con el Jefe de cirugía, ya que el tiempo que especifica este inciso es 5 días previos al día último de cada mes del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio, los cierres son el día 25 de cada mes, 5 días previos es el mismo día del cierre y se presta el servicio incluso nocturno, incluso hay cierres en fin de semana, por lo que se emitiría incompleto y sin validar para dar cumplimiento a este punto. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta se aclara que debera de enviar su reporte 5 dias previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División
207	207	AT_9. REPORTE MENSUAL DE LA PRODUCTIVIDAD.	Dice: mismo que deberá entregar a la Unidad Médica en físico y en archivo electrónico de manera mensual, y enviarlo dentro de los 5 días previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División, como sustento de la productividad realizada en el periodo (Excel editable y PDF firmado por las autoridades del Instituto y representante legal del proveedor. Solicitamos a la convocante se permita: enviarlo dentro de los 5 días posteriores al día último de cada mes,	No se acepta se aclara que debera de enviar su reporte 5 dias previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División. En el entendido de que el reporte del mes debera ser validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División y regularmente no lo realizan el mismo día de cierre como se solicita. ¿Se acepta?	
208	208	FORMATO T15 "Reporte Mensual de Procedimientos y Bienes de Consumo Utilizados"	Solicitamos a la convocante considerar incluir el campo OOAD/UMAE, así como el campo de FIANZA, ya que se requiere actualmente.	Se deberá apegar a lo estqablecido en el Formato T15.
209	209	FORMATO T19 "Designación de Supervisor en Instalación y Mantenimiento"	Entendemos que en el recuadro de "Identificación oficial" deberá asentarse sólo el número de alguna identificación oficial con la que el personal esté en condiciones de identificarse. ¿Es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciacion.
210	210	FORMATO T20 "Designación de Técnicos en sitio"	Entendemos que en el recuadro de "Identificación oficial" deberá asentarse sólo el número de alguna identificación oficial con la que el personal esté en condiciones de identificarse. ¿Es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciacion.
211	211	FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE	Solicitamos a la convocante nos aclare el llenado de la columna Técnico en sitio/supervisor.	Favor de remitirse al numeral 5.2.1 "Tabla de Ponderación", Rubro 1: Capacidad del Licitante.
212	212	FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE	Solicitamos a la convocante nos aclare el llenado de la columana Conocimientos académicos.	Favor de remitirse al numeral 5.2.1 "Tabla de Ponderación", Rubro 1: Capacidad del Licitante.
213	213	FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE	Solicitamos a la convocante nos alclare el llenado de la columna Experiencia laboral.	Favor de remitirse al numeral 5.2.1 "Tabla de Ponderación", Rubro 2: Experiencia y Especialidad del Licitante; inciso a) Experiencia del Licitante..

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

214	214	FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE	Solicitamos a la convocante nos aclare el llenado de la columna Total de años Experiencia Laboral relacionada con el servicio, es la suma de los años de todo el personal técnico o es el promedio de la suma de los años de todo el personal técnico, favor de aclarar.	Favor de remitirse al numeral 5.2.1 "Tabla de Ponderación", Rubro 2: Experiencia y Especialidad del Licitante; inciso a) Experiencia del Licitante..
215	215	Formato T23 Propuesta de equipo	1.1.7.6 Características de seguridad. Solicitamos a la convocante se permita referenciar como: 1.1.7.6 Errores y mensajes de alerta. Según descripcion de fabricante. ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta
216	216	Formato T23 Propuesta de equipo	1.1.7.6.3 Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo. Solicitamos a la convocante se permita referenciar como: 1.1.7.6.3 Flujo pre-configurado, primera insuflación e insuflacion sostenida. De acuerdo a especificacion de fabricante. ¿Se acepta?	se acepta su propuesa de referenciar como: 1.1.7.6.3 Flujo pre-configurado, primera insuflación e insuflacion sostenida.siendo opcional para el resto de los licitantes
217	217	Formato T23 Propuesta de equipo	1.1.7.6.3 Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo. Solicitamos a la convocante se permita referenciar como: 1.1.7.6.3 Modo de flujo pediatria y alto flujo. De acuerdo a especificacion de fabricante. ¿Se acepta?	se acepta su propuesa de referenciar como:1.1.7.6.3 Modo de flujo pediatria y alto flujo. Siendo opcional para el resto de los licitantes.
218	218	Formato T23 Propuesta de equipo	1.3.3 En el rango entre 23 hasta 55.5 Kilo Hertz. Solicitamos a la convocante se permita referenciar como: 1.3.3 Controla la intensidad de la energía ultrasónica con el botón de energía de modo dual.El modo de potencia	se acepta su propuesta de referenciar como Controla la intensidad de la energía ultrasónica con el botón de energía de modo dual.El modo de potencia mínima (botón de energía presionado en la primera posición) produce una disección más lenta cuando se desea aumentar la hemostasia. El modo de potencia máxima

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			mínima (botón de energía presionado en la primera posición) produce una disección más lenta cuando se desea aumentar la hemostasia. El modo de potencia máxima (botón de energía presionado por completo) disecciona más rápidamente. ¿Se acepta?	(botón de energía presionado por completo) disecciona más rápidamente.siendo opcional para el resto de los licitantes.
219	219	Formato T23 Propuesta de equipo	1.9.3.2 Con intervalo de velocidad en el rango, entre 500 y 10000 o mayor RPM para avance y retroceso. Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: 1.9.3.2 Con intervalo de velocidad en el rango, entre 500 y 10000 RPM para avance y retroceso según tecnología de fabricante. ¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar como : Con intervalo de velocidad en el rango, entre 500 y 10000 RPM para avance y retroceso según tecnología de fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes
220	220	Formato T23 Propuesta de equipo	1.9.4.2 Flujo entre el rango 0.25 a 2.5 lpm.Solicitamos a la convocante se permita ofertar como:1.9.4.2 Flujo entre el rango 0.3 a 2.5 lpm según tecnología de fabricante.¿Se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar como Flujo entre el rango 0.3 a 2.5 lpm según tecnología de fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes.
221	221	Formato T23 Propuesta de equipo	1.6.6.2 Rango de energía por pulso de 200 a 3500 mJ o mayor deacuerdo a tecnología del fabricante. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: 1.6.6.2 Rango de energía por pulso de 500 a 3500 mJ o mayor deacuerdo a tecnología del fabricante. De acuerdo a tecnoloía de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta ya que los rangos no son acorde a los solicltados
222	222	Formato T23 Propuesta de equipo	1.1.7.6.3 Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo.	se acepta su propuesa de referenciar como:Modo "HIGH FLOW" (Alto Flujo) con una potencia de flujo de hasta 50 l/min como maximo.Y modo "PEDIATRIA" con limite de

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Solicitamos a la convocante se permita referenciar como: 1.1.7.6.3 Modo "HIGH FLOW" (Alto Flujo) con una potencia de flujo de hasta 50 l/min como maximo.Y modo "PEDIATRIA" con limite de flujo de 15l/min ¿se acepta?	flujo de 15l/min siendo opcional para el resto de los licitantes
223	223	Formato T23 Propuesta de equipo	1.1.10.3 Pantalla: LCD o LED o tecnologia superior Solicitamos se permita ofertar: 1.1.10.3 Pantalla: LCD (TFT a color o sus variaciones) o LED o tecnologia superior. De acuerdo a tecnologia de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar Pantalla: LCD (TFT a color o sus variaciones) o LED o tecnologia superior. De acuerdo a tecnologia de fabricante,. Siendo opcional para el resto de los licitantes
224	224	Formato T23 Propuesta de equipo	1.1.10.13 Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. o velocidad de flujo del capnógrafo de 120 +/- 20ml por minuto. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Capnografía. Velocidad de flujo de capnografo de 120± 20ml/min. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	1.1.7.6.3 Flujo pre-configurado, primera insuflación e insuflacion sostenida.siendo opcional para el resto de los licitantes
225	225	Formato T23 Propuesta de equipo	1.3.3 En el rango entre 23 hasta 55.5 Kilo Hertz. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: 1.3.3 En el rango entre 23 hasta 56.5 Kilo Hertz. De acuerdo a tecnoloía de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su propuesta de ofertar En el rango entre 23 hasta 56.5 Kilo Hertz. De acuerdo a tecnoloía de fabricante siendo opcional para el resto de los licitantes
226	226	Formato T23 Propuesta de equipo	1.6.6.2 Rango de energía por pulso de 200 a 3500 mJ o mayor deacuerdo a tecnología del fabricante.Se solicita a la	No acepta su solicitud de ofertarRango de energía por pulso de 0.5 a 3.5 J o mayor deacuerdo a tecnología del

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			convocante, nos permita ofertar:1.6.6.2 Rango de energía por pulso de 0,5 a 3.5J o mayor deacuerdo a tecnología del fabricante.De acuerdo a tecnoloía de fabricante, ¿se acepta?	fabricante. Debera apegarse a lo establecido en el anexo T2 numeral 1.6.6.2
227	227	Formato T23 Propuesta de equipo	1.6.6.3 Frecuencia de pulsos en un rango de 3 mínimo a 20 Hz, o mayor. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: 1.6.6.3 Frecuencia de pulsos en un rango de 5 mínimo a 20 Hz, o mayor De acuerdo a tecnoloía de fabricante, ¿se acepta?	No acepta su solicitud de ofertar Rango Frecuencia de pulsos en un rango de 5 mínimo a 20 Hz, o mayor
228	228	Formato T23 Propuesta de equipo	1.9.8.3 Con sistema de bloqueo o de aseguramiento de la óptica o roscado. Solicitamos a la convocante se permita ofertar como: 1.9.4.2 Con sistema de bloqueo o de aseguramiento de la óptica o según tecnología de fabricante. ¿Se acepta?	de endeacuerdo a tecnología del fabricante. Debera apegarse a lo establecido en el anexo T2 numeral 1.6.6.3
229	229	Formato T23 Propuesta de equipo	1.1.10.3 Pantalla: LCD o LED o tecnología superior. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pantalla TFT a color de 109 mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su propuesta
230	230	Formato T23 Propuesta de equipo	1.1.10.13 Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. o velocidad de flujo del capnógrafo de 120 +/- 20ml por minuto. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Capnografía. Velocidad de flujo 50 (42,5 ≤ flujo ≤ 65) ml/min, flujo medido por volumen. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Capnografía. Velocidad de flujo de capnografo de 120± 20ml/min. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

231	231	Formato T23 Propuesta de instrumental	Debemos entender que las unidades de medida requeridas en el Anexo T3 Instrumental de SMI para PMI pueden ser referenciadas como otra unidad de medida, siempre y cuando cumplan con su equivalencia, ejemplo: cm - pies (ft o ´) - pulgada(in o ") ó charr (ch) - french (fr) ¿Es correcta nuestra apreciación?	es correcta su apreciacion
232	232	Formato T23 Propuesta de instrumental	Para el set de Otorrino 1) No. 13. Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1", quijadas o punta de pinza de 8 a 11 mm de largo por 3 a 3.5mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinzas nasales Blakesley, rectas, tamaño 1, longitud útil de 11cm. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 11 cm. Debera aperagarse a los establecido en anexo 3.
233	233	Formato T23 Propuesta de instrumental	Para el set de Otorrino 1) No. 13. Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1", quijadas o punta de pinza de 8 a 11 mm de largo por 3 a 3.5mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Fórceps nasal Blakesley, 0° (recta, ref. gráfica), tamaño 1, longitud 11cm mandíbula 3.5mm. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 11 cm. Debera aperagarse a los establecido en anexo 3.
234	234	Formato T23 Propuesta de	Para el set de Otorrino 1) No. 14. Pinza nasal, recta, tipo	No se acepta su solicitud de ofertar Pinzas nasales de

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		instrumental	Blakelsley. Calibre "0", quijadas o punta de pinza de 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm.Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinzas nasales de Blakesley, rectas, tamaño 0, longitud útil 11cm.¿Se acepta?	Blakesley, rectas, tamaño 0, longitud útil 11cm. Debera apegarse a los establecido en anexo.
235	235	Formato T23 Propuesta de instrumental	Para el set de Otorrino 1) No. 14. Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre "0", quijadas o punta de pinza de 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Fórceps nasal Blakesley, 0° (recta, ref. gráfica), tamaño 0, longitud 11cm, mandíbula 3.0mm ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta de ofertar Fórceps nasal Blakesley, 0° (recta, ref. gráfica), tamaño 0, longitud 11cm, mandíbula 3.0mm debera apegarse a los establecido en el anexo.
236	236	Formato T23 Propuesta de instrumental	Para el set de Otorrino 1) No. 15. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.(referencia según marca del fabricante). Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinzas nasales de Blakesley-Wilde, curvadas 45° hacia arriba, tamaño 1, longitud útil de 11cm ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta de ofertar Pinzas nasales de Blakesley-Wilde, curvadas 45° hacia arriba, tamaño 1, longitud útil de 11cm ya que la descripcion es incmpleta y debera apegarse a lo establecido en el anexo.
237	237	Formato T23 Propuesta de instrumental	Para el set de Otorrino 1) No. 15. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 mm	No se acepta su propuesta de ofertar órceps nasal Blakesley, 45° (curva hacia arriba ref. gráfica), tamaño 1, mandíbula 3.5mm. Ya que la descripcion es incompleta y

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.(referencia según marca del fabricante). Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Fórceps nasal Blakesley, 45° (curva hacia arriba ref. gráfica), tamaño 1, mandíbula 3.5mm. ¿Se acepta?	debera apegarse a lo establecido en el anexo
238	238	Formato T23 Propuesta de instrumental	Para el set de Otorrino 1) No. 16. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0", quijadas o punta de pinza de 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. (referencia según marca del fabricante). Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinzas nasales de Blakesley-Wilde, curvadas 45° hacia arriba, tamaño 0, longitud útil de 11cm. ¿Se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0", longitud útil de 11 cm.
239	239	Formato T23 Propuesta de instrumental	Para el set de Otorrino 1) No. 16. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0", quijadas o punta de pinza de 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. (referencia según marca del fabricante). Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Fórceps nasal Blakesley, 45° (curva hacia arriba ref. gráfica), calibre 0, longitud 11cm, mandíbula 3.0mm.	se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0", longitud útil de 11 cm.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿Se acepta?	
240	240	Formato T23 Propuesta de instrumental	Para el set de Otorrino 1) No. 17. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "2", quijadas o punta de pinza de 10 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm.(referencia según marca del fabricante).Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinzas nasales de Blakesley-Wilde, curvadas 90° hacia arriba, tamaño 2, longitud útil de 11cm.¿Se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "2", longitud útil de 11 cm, de acuerdo a tecnología del fabricante.siendo opcional para el resto de los licitantes
241	241	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 1) No. 18. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 10 cm. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinzas nasales de Blakesley-Wilde, curvadas 90° hacia arriba, tamaño 1, longitud útil de 11cm. ¿Se acepta?	Se acepta su solicitud de afertar Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1", longitud útil de 10 cm, según tecnología del fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes
242	242	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 1) No. 19 y Otorrino 3 Ped) No.22. Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación de 12.5 a 16 cms. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinzas de aspiración bipolares de STAMMBERGER, curvadas hacia arriba 45°, con canal de aspiración, longitud útil 12,5 cm, para utilizar con cables de alta frecuencia	No se acepta su propuesta de ofertar Pinzas de aspiración bipolares de STAMMBERGER, curvadas hacia arriba 45°, con canal de aspiración, longitud útil 12,5 cm, para utilizar con cables de alta frecuencia bipolares 847002 V / cable de alta frecuencia bipolar, con dos terminales de cable de 2mm, longitud de 450cm. debera apegarse alo establecido en anexo

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			bipolares 847002 V / cable de alta frecuencia bipolar, con dos terminales de cable de 2mm, longitud de 450cm. ¿Se acepta?	
243	243	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 1) No. 19 y Otorrino 3 Ped) No.22. Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación de 12.5 a 16 cms. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinzas etmoidales de TAKAHASHI, tamaño de cuchara 4 x 10 mm, con conexión para limpieza, longitud útil 16 cm. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta de ofertar Pinzas etmoidales de TAKAHASHI, tamaño de cuchara 4 x 10 mm, con conexión para limpieza, longitud útil 16 cm. Debera apegarse a los establecido en anexo.
244	244	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Se solicita amablemente a la convocante se permita refecenciar indistintamente como tamaño o calibre. Por ejemplo: Legra o cureta, ovalado. Calibre "1" , longitud útil de 17 a 19 cm. Se permita referenciar como: Legra para antro, ovalada. Tamaño 1, longitud 19 cm. ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los licitantes
245	245	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 1) No. 25 y Otorrino 3 Ped) No.28. Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 45° a 55°. Apertura horizontal, diámetro de copa medina o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 12 cm. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar:	se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Pinzas tipo jirafa con doble cuchara, curvadas hacia arriba 55°, abertura horizontal, cuchara 3mm diametro, longitud útil de 13cm. ¿Se acepta?	
246	246	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Se solicita amablemente a la convocante se permita referenciar indistintamente Fr, Ch o Charr. Por ejemplo: Aspirador de Ferguson o Frazier de 8 y 10 Fr.Se permita referenciar: Tubo de aspiración de Ferguson 8 charr ,y 10 charr.Considerando que son sinónimos de charr las unidades Fr.	se acepta su propuesta, siendo opcional para el restode los licitantes.
247	247	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 2) No. 4. Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a3 mm., longitud útil de 8 a 11 cm., autoclavable. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., autoclavable.	se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.
248	248	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 2) No. 4. Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a3 mm., longitud útil de 8 a 11 cm., autoclavable. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Óptica de visión lateral panorámica 70°, 3 mm diámetro, longitud 14 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado	se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.
249	249	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 2) No. 6. Disector (para oido) dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a derecha o izquierda, longitud 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

250	250	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 2) No. 6. Disector (para oido) dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos con doble curvatura, derecha o izquierda, longitud 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.
251	251	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 2) No. 11. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración cilíndrico, LUER, 1mm diámetro exterior, longitud útil 9cm, curva (ref. gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.
252	252	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 2) No. 11. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración, 6 mm de curvatura, LUER-Lock, 0,8 mm diámetro exterior, longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.
253	253	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 2) No. 14. Cánulas de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración, 8mm de curvatura, 1.6mm diámetro externo, luer-Lock, longitud de 10cm, cilíldrico (ref. gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.
254	254	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 2) No. 14. Cánulas de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración, 8mm de curvatura, 1.6mm diámetro	se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			externo, luer-Lock, longitud de 10cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	
255	255	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 2) No. 23. Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro.537.199.0168, (reusables) O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro 537.199.0176 (reusables). Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro. 537.199.0168, (desechables) O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro 537.199.0176 (desechables). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.
256	256	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 2) No. 23. Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro.537.199.0168, (reusables) O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro 537.199.0176 (reusables). Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 1 mm a 6 mm de diámetro (desechables). Compatible con el equipo ofertado. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.
257	257	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Gineco 1) No. 7. Pinza de agarre tipo Caimán, rotable, de doble acción, diámetro de 10 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, autoclavable.Se solicita a la convocante, nos permita ofertar:Pinzas de agarre de tejido de SAWALHE. Abertura bilateral, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. Giratoria, esterilizable en autoclave. Mango de plástico con bloqueo quirúrgico. Vaina exterior, aislada. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su propuesta de ofertar inzas de agarre de tejido de SAWALHE. Abertura bilateral, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. Giratoria, esterilizable en autoclave. Mango de plástico con bloqueo quirúrgico. Vaina exterior, aislada. De acuerdo a tecnología de fabricante debera apegarse a lo establecido en anexo.
258	258	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Gineco 1) No. 8. Pinza de biopsia, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm.,	no se acepta su propuesta de ofertar inzas de agarre de tejido de SAWALHE. Abertura bilateral, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. Giratoria, esterilizable en autoclave.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			sistema de sujeción, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas sacabocados para biopsia, con 2 dientes, giratorias, desmontables. Abertura unilateral. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Mango de plástico con bloqueo quirúrgico. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	Mango de plástico con bloqueo quirúrgico. Vaina exterior, aislada. De acuerdo a tecnología de fabricante debera apegarse a lo establecido en anexo.
259	259	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Gineco 1) No. 9. Pinza tipo Hartman o Cleeve Duck Bill, rotable y desmontable en tres componentes, atraumática, fenestrada, diámetro de 5 a 6 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas de agarre de CROCE-OLMI, atraumáticas, fenestradas, curvadas. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su solicitud de ofertar Pinzas de agarre de CROCE-OLMI, atraumáticas, fenestradas, curvadas. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante debera apegarse a lo establecido en anexo
260	260	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Gineco 1) No. 16. Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas de longitud (sonda uterina con escala de longitud), autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Sonda intrauterina de COHEN, con un cono grande 26168 UL y uno pequeño 26168 US, soporte para pinzas de gancho 26168 V con muelle, con conexión LUER-Lock para limpieza. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Sonda intrauterina de COHEN, con un cono grande 26168 UL y uno pequeño 26168 US, soporte para pinzas de gancho 26168 V con muelle, con conexión LUER-Lock para limpieza. De acuerdo a tecnología de fabricante. Siendo opcional para el resto de los licitantes.
261	261	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Gineco 1) No. 17. Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotable 360° de acción doble, longitud en el rango de 31 a	se acepta su solicitud de ofertar Tijeras de gancho. Abertura unilateral. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			37 cm., autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tijeras de gancho. Abertura unilateral. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante siendo opcional para el resto de los licitantes
262	262	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Gineco 2) No. 1.4 y Cir Ped. 2) No. 1.4. Ajuste de uso en el rango de 11 a 12, 15 y 20 (este último opcional) mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Equipo diseñado para utilizar un instrumento de 10-12 mm durante la fragmentacion, morcelador de 15mm con obturador. De acuerdo a tecnologia de frabicante. ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Equipo diseñado para utilizar un instrumento de 10-12 mm durante la fragmentacion, morcelador de 15mm con obturador. De acuerdo a tecnologia de frabicante, siendo opcional para el resto de los licitantes
263	263	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Gineco 2) No. 1.4 y Cir Ped. 2) No. 1.4. Ajuste de uso en el rango de 11 a 12, 15 y 20 (este último opcional) mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Equipo morcelador inalambrico de 15mm con obturador. ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Equipo morcelador inalambrico de 15mm con obturador. Sin se obligatorio para los demas licitantes
264	264	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Gineco 2) No. 1.8 y Cir Ped. 2) No. 1.8. Con cuchillas reusables. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Equipo morcelador inalambrico, de bajo peso, estéril. Cuenta con 3 posiciones de cuhilla para elegir, para ayudar en la seguridad y el control durante la fragmentacion del tejido. ¿se acepta?	se acepta su solucitud de ofertar Equipo morcelador inalambrico, de bajo peso, estéril. Cuenta con 3 posiciones de cuhilla para elegir, para ayudar en la seguridad y el control durante la fragmentacion del tejido.siendo opcional para el resto de los licitantes.
265	265	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Gineco 2) No. 1.8 y Cir Ped. 2) No. 1.8. Con cuchillas reusables. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Equipo morcelador inalambrico, totalmente desechable. Puede utilizarse tal y como se recibe en el embalaje de manera esteril. ¿se acepta?	seacepta su solicitud de ofertar Equipo morcelador inalambrico, totalmente desechable. Puede utilizarse tal y como se recibe en el embalaje de manera esteril. Siendo opcional para el resto de los licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

266	266	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Gineco 2) No. 4. Tirabuzón o instrumento de punción de 5 y 10 mm., longitud de 32 a 37 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento para la fijación de miomas, con punta espiral, tamaño 5 mm y 10mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su solictud de ofertar nstrumento para la fijación de miomas, con punta espiral, tamaño 5 mm y 10mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, debera apegarse a la establecido en anexo.
267	267	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Gineco 2) No. 5. Micropinza o minipinza para biopsia, reusable, aislada, con quijadas de acción simple o doble, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo dentro del rango de 32 a 37 cm.Se solicita a la convocante, nos permita ofertar:Pinzas para biopsia, mandíbulas medianas, modelo estándar para biopsia de la mucosa, Abertura unilateral. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Reutilizable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su solicitud de ofertar Pinzas para biopsia, mandíbulas medianas, modelo estándar para biopsia de la mucosa, Abertura unilateral. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Reutilizable. De acuerdo a tecnología de fabricante debera apegarsea lo establecido en el anexo.
268	268	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Endoginecología) No. 2.3. Camisa interna que acepte asas y electrodos en el rango de 21 a 24 charr (compatible con la camisa ofertada según tecnología del fabricante) Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica, incluida con camisa externa de resectoscopio, asa de corte compatible (ref. gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica, incluida con camisa externa de resectoscopio, asa de corte compatible (ref. gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante sin ser obligatorio para los demas licitantes.
269	269	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Endoginecología) No. 6. Pinzas de agarre para fragmentos pequeños abertura unilateral, flexibles 5 Charr longitud de mínima de 32cm a 73cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas, abertura bilateral, 5 charr, 34 cm longitud. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	Se acepta su solicitud de ofertar Capnografía. Velocidad de flujo de capnografo de 120± 20ml/min. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes. Sin ser obligatorio para los demas licitantes
270	270	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Se solicita a la convocante, se permita referenciar en Registro sanitario, las características que ahí se describan y que no se pueden referenciar en ningún otro documento	No se acepta, Favor de apegarse a lo señalado en el Formato T23.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			del fabricante, ¿se acepta?	
271	271	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro 3) No. 5. y Endouro 4) No. 4. Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar: Ureteroscopio, diámetro de vaina 8 charr, dirección visual 6°, canal de trabajo 5charr, longitud 43cm, máxima potencia de irrigación a través del gran canal recto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Ureteroscopio, diámetro de vaina 8 charr, dirección visual 6°, canal de trabajo 5charr, longitud 43cm, máxima potencia de irrigación a través del gran canal recto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes.
272	272	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro 3) No. 5. y Endouro 4) No. 4. Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar: Ureteroscopio, diámetro de vaina 9.5 charr, dirección visual 6°, canal de trabajo 6 charr, longitud 43cm, máxima potencia de irrigación a través del gran canal recto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitd de ofertar Ureteroscopio, diámetro de vaina 9.5 charr, dirección visual 6°, canal de trabajo 6 charr, longitud 43cm, máxima potencia de irrigación a través del gran canal recto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
273	273	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro 4) No. 1. Ureteroscópio flexible: Diámetro externo distal de 6 a 7.5 fr. o Charr, diámetro externo proximal de 6.9 a 8.8 fr. o Charr, visión de 0° a 5°, canal de trabajo de 3.6 fr. o Charr., longitud en el rango de 40 a 70 cm. Con capacidad de angulación total de la punta mínima de 180° hacia arriba y 170° hacia abajo. Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar: Ureterorrenofibroscopio, tamaño de vaina 7.5 charr, dirección visual 0°, canal de trabajo de 3.6 charr, longitud 67cm, con angulo de acodamiento de 270° hacia arriba y	se acepta su solicitud de ofertar Ureterorrenofibroscopio, tamaño de vaina 7.5 charr, dirección visual 0°, canal de trabajo de 3.6 charr, longitud 67cm, con angulo de acodamiento de 270° hacia arriba y 270° hacia abajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo este opcional para el restode los licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			270° hacia abajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	
274	274	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro 5) No. 1.1. Telescopio o sistema óptico de diámetro menor a 7 mm o 22 Fr. Dirección visual de 0° a 30°. Ocular angulado o lateral. Canal de trabajo de 3.5 mm. Autoclavable. Longitud en el rango de 19 a 25 cm. Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar: Nefroscópio percutáneo, visión frontal de gran angular 6°, ocular paralelo, con canal de trabajo, con conexión LUER-Lock para alto flujo, esterilizable en autoclave, longitud 25cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solictud de ofertar Nefroscópio percutáneo, visión frontal de gran angular 6°, ocular paralelo, con canal de trabajo, con conexión LUER-Lock para alto flujo, esterilizable en autoclave, longitud 25cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, debera apegarse a lo establecido en el anexo.
275	275	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro 5) No. 1.1. Telescopio o sistema óptico de diámetro menor a 7 mm o 22 Fr. Dirección visual de 0° a 30°. Ocular angulado o lateral. Canal de trabajo de 3.5 mm. Autoclavable. Longitud en el rango de 19 a 25 cm. Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar: Nefroscópio percutáneo, visión frontal de gran angular 6°, ocular oblicuo, con canal de trabajo, con conexión LUER-Lock para alto flujo, esterilizable en autoclave, longitud 25cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Nefroscópio percutáneo, visión frontal de gran angular 6°, ocular oblicuo, con canal de trabajo, con conexión LUER-Lock para alto flujo, esterilizable en autoclave, longitud 25cm. De acuerdo a tecnología de fabricante. debera apegarse a lo establecido en el anexo.
276	276	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro 7) No. 1. Uretrotomo de 4 mm de diámetro o 12 fr., con canal de trabajo de a 5 fr. O Charr Incluye:Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar: Vaina de uretrotomo de SACHSE, 21 Charr., con canal de trabajo (ref. gráfica) y 2 conos LUER-Lock, para utilizar con óptica 27005 AA de 4mm diámetro. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solictud de ofertar Vaina de uretrotomo de SACHSE, 21 Charr., con canal de trabajo (ref. gráfica) y 2 conos LUER-Lock, para utilizar con óptica 27005 AA de 4mm diámetro. De acuerdo a tecnología de fabricante, debera apegarse a lo establecido en el anexo.
277	277	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Uro 1) No. 3. Aplicador para clip de polímero, extra-largo. Considerando que el clip de polímero medida extra-largo (bcb48 clip vascularres de polímero... 2mm a 16mm de ancho) se requiere únicamente para la clave de	puede incluirse como material complementario

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, ¿podemos considerar que el Aplicador para clip de polímero, extra-largo, solo se requiere incluir en el Set Cirugía 2?	
278	278	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Uro 1) No. 9. Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento de endosutura de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solictud de ofertar Vaina de uretrotomo de SACHSE, 21 Charr., con canal de trabajo (ref. gráfica) y 2 conos LUER-Lock, para utilizar con óptica 27005 AA de 4mm diámetro. De acuerdo a tecnología de fabricante, debera apegarse a lo establecido
279	279	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Uro 2) No. 3. Aplicador para clip de polímero, extra-largo. Se solicita amablemente a la convocante aclarar si el aplicador de polimero extra largo solo se requiere incluir en el set de Cirugía 2, considerando que el clip de polímero medida extra-largo incluido en la clave bcb48 (clip vascularres de polímero... 2mm a 16mm de ancho) únicamente se requiere para la clave de procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto.	se puede anexar como complemento
280	280	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Cirugía 1) No.16. Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 33 a 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la manipulación atraumática del hígado. Esterilización por vapor. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solictud de ofertar Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la manipulación atraumática del hígado. Esterilización por vapor. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
281	281	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía 1) No. 17. Tijera Metzembaun curva bipolar, reusable, rotable y desmontable, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. Creemos que hay un error y lo que requieren es una tijera metzembaum de 5 mm curva monopolar, ya que no esta	es correcta su observacion

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			solicitada en este set, ¿es correcto?	
282	282	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Cirugía 2) No.10. Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento de endosutura de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su solicitud
283	283	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Cirugía 2) No.16. Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar eparador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. De acuerdo a tecnología de fabricante,siendo opcional para el restode los licitantes
284	284	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Cirugía 2) No.16. Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Retractor en abanico, (5 dedos), con conexión LL. 10mm, 380mm. Autoclavable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solictud de ofertar Retractor en abanico, (5 dedos), con conexión LL. 10mm, 380mm. Autoclavable. De acuerdo a tecnología de fabricante siendo opcional para el resto de los licitantes.
285	285	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Cirugía 2) No.16. Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la	se acepta su solictud de ofertar Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la manipulación atraumática del hígado. Esterilización por vapor. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			manipulación atraumática del hígado. Esterilización por vapor. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	
286	286	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía 3) No. 3. Aplicador para clip de polímero, extra-largo.Considerando que el clip de polímero medida extra-largo (bcb48 clip vascularres de polímero... 2mm a 16mm de ancho) se requiere únicamente para la clave de procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, incluida en el Set Cirugía 2, Se solicita amablemente a la convocante se permite ofertar Aplicador para clip de polímero, extra-largo, únicamente en el Set Cirugía 2. ¿se acepta?	Se puede anexar como complemento
287	287	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Uro 1) No. 3; Uro 2) No. 3; Cirugía 3) No. 3. Aplicador para clip de polímero, extra-largo. Considerando que el clip de polímero medida extra-largo (bcb48 clip vascularres de polímero... 2mm a 16mm de ancho) se requiere únicamente para la clave de procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, ¿podemos considerar que el Aplicador para clip de polímero, extra-largo, solo se requiere incluir en el Set Cirugía 2?	Se puede anexar como complemento
288	288	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Cirugía 3) No.10. Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento de endosutura de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	Se puede anexar como complemento
289	289	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Cirugía 3) No.16. Separador de hígado o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la	se acepta su solictud de ofertar Retractor en abanico, (5 dedos), con conexión LL. 10mm, 380mm. Autoclavable. De acuerdo a tecnología de fabricante siendo opcional para el resto de los licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			manipulación atraumática de el hígado. Esterilización por vapor. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	
290	290	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 3) No.5. Pinza pico de pájaro recta. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento Arthro-pierce, recto, para pasar la sutura. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud e ofertar Instrumento Arthro-pierce, recto, para pasar la sutura. De acuerdo a tecnología de fabricante siendo opcional para el resto de los licitantes.
291	291	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 3) No.5. Pinza pico de pájaro recta. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento recto para paso de sutura. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud e ofertar Instrumento Arthro-pierce, recto, para pasar la sutura. De acuerdo a tecnología de fabricante siendo opcional para el resto de los licitantes.
292	292	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 3) No.8. Pinza pasasutura de mango rotador o equivalente. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pasador de sutura Truepass, con auto-captura. Para procedimientos del manguito rotador. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su solictud de ofertar Pasador de sutura Truepass, con auto-captura. Para procedimientos del manguito rotador. De acuerdo a tecnología de fabricante debera apergarse a lo establecido en el anexo.
293	293	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 3) No.11. Pinza pasasutura rotatoria de mango de cigarro izquierda o Pinza pasasutura y recuperadora en un solo paso para mango rotador o equivalente. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento curvado hacia la izquierda, manija curvada. Mango de cigarro (Ref Grafica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su solictud de ofertar Instrumento curvado hacia la izquierda, manija curvada. Mango de cigarro (Ref Grafica). De acuerdo a tecnología de fabricante, dbera apegarse a los establecido en el anexo
294	294	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 3) No.13. Pinza pasasutura rotatoria de mango de cigarro derecha o equivalente . Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento curvado hacia la derecha, manija curvada. Mango de cigarro (Ref Grafica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su solicitd de ofertar nstrumento curvado hacia la derecha, manija curvada. Mango de cigarro (Ref Grafica). De acuerdo a tecnología de fabricante, debera aperagarse a lo establecido en el anexo
295	295	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 3) No.16. Cánulas dilatadoras en el rango de 6.5, a 8.5 mm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar:	no se acepta su solicotud de ofertarObturador canulado reusable en el rango de 6.5, a 8.0 mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, debera apegarse a lo establecido

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Obturador canulado reusable en el rango de 6.5, a 8.0 mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	en el anexo
296	296	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 3) No.17. Elevador de periostio recto y angulado. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Elevador de hombro. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su solicitud de ofertar Elevador de hombro. De acuerdo a tecnología de fabricante, debera apegarse a lo establecido en el anexo
297	297	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 3) No.17. Elevador de periostio recto y angulado. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Elevador de tejido de hombro de 15° y 30°. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su solctud de ofertar Elevador de tejido de hombro de 15° y 30°. De acuerdo a tecnología de fabricante debera apegrse a lo establecido en el anexo
298	298	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 4) No.6. Destornillador para tornillo biodegradable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Destornillador biosure para tornillo biosure absorbible. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Destornillador biosure para tornillo biosure absorbible. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
299	299	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 4) No.20. Pinza de tejidoSe solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza de combinacion, Grasper (Referencia gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su soicitid de ofertar Pinza de combinacion, Grasper (Referencia gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional ara el resto de los licitantes
300	300	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 5) No.5. Pinza de canasta 45° derecha e izquierda. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Perforadoras de canasta curvas derecha e izquierda. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solictud de ofertar Perforadoras de canasta curvas derecha e izquierda. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
301	301	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 5) No.7. Pinza de canasta izquierda y derecha. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Perforadora Oval curva Izquierda y derecha. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solictud de ofertar Perforadora Oval curva Izquierda y derecha. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
302	302	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION	Para el set de Artros 6) No.3. Pistola de intercambio. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar:	nose acepta su solicitud de ofertar Canula ranurada, longuitud de trabajo 6.2". De acuerdo a tecnología de

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		TECNICO/ DOCUMENTAL:	Canula ranurada, longuitud de trabajo 6.2". De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	fabricante, debera apegarse a lo establecido en el anexo
303	303	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 6) No.9. Gancho palpador extralargo Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Sonda de 3mm de cadera. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	no se acepta su solicitd de ofertar nstrumento curvado hacia la derecha, manija curvada. Mango de cigarro (Ref Grafica). De acuerdo a tecnología de fabricante, debera aperagarse a lo establecido en el anexo
304	304	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Artros 6) No.10. Mango en T para varilla canulada. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Mango en forma de T modular. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud para ofertar Mango en forma de T modular. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
305	305	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 3 Ped) No.13. Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza de agarre y biopsia Kennedy-Blakesley, curva hacia arriba 45°, con canal de aspiración, tamaño 1, longitud útil 12.5cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1", longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Debera apegarse a lo establecido en anexo T3.
306	306	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 3 Ped) No.13. Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Fórceps Nasal Blakesley-Wilde, 11cm longitud, con tubo de succión, tamaño 1, mandíbula 3.5mm, curva arriba 45°. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solicitud de ofertar Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1", longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Debera apegarse a lo establecido en anexo T3.
307	307	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION	Para el set de Otorrino 3 Ped) No.16.Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la	se acepta su solicitud de ofertar No se acepta su solicitud de ofertar Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		TECNICO/ DOCUMENTAL:	tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Fórceps nasal Blakesley, 0°, (recta referencia gráfica), tamaño 1, longitud 11cm mandíbula 3.5mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1", longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Debera apegarse a lo establecido en anexo T3.
308	308	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 3 Ped) No.17. Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre "0" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 5 a 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza nasal recta Blakesley, tamaño 0, longitud útil 11cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal recta Blakesley, tamaño 0, longitud útil 11cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes.
309	309	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 3 Ped) No.18. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza nasal Blakesley-Wilde, curva hacia arriba 45°, tamaño 1, longitud útil de 11cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Pinza nasal Blakesley-Wilde, curva hacia arriba 45°, tamaño 1, longitud útil de 11cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes.
310	310	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 3 Ped) No.19. Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 5 a 7 mm de largo por 2.5 a 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza nasal Blakesley-Wilde, curva hacia arriba 45°, tamaño 0, longitud útil de 11cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	No se acepta su solicitu de ofertar Telescopio o sistema óptico de 0°, de 3 mm., longitud útil de 14 cm., autoclavable.(oido). De acuerdo a tecnología de fabricante.debera apegarse a lo establecido en anexo T3

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

311	311	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 3 Ped) No.20. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "2", quijadas o punta de pinza de 10 a 12 mm de largo por 3 a 3.5mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza nasal Blakesley-Wilde, curva hacia arriba 90°, tamaño 2, longitud útil de 11cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitd de ofertar Pinza nasal Blakesley-Wilde, curva hacia arriba 90°, tamaño 2, longitud útil de 11cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
312	312	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Para el set de Otorrino 3 Ped) No.21. Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 10 a 11 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza nasal Blakesley-Wilde, curva hacia arriba 90°, tamaño 1, longitud útil de 11cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	seacepta su solictud de ofertar Pinza nasal Blakesley-Wilde, curva hacia arriba 90°, tamaño 1, longitud útil de 11cm.siendo esta opcional ara el resto de los licitantes.
313	313	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Otorrino 4 Ped) 7. Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecho a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o izquierda, longitud 18 cm. ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o izquierda, longitud 18 cm. Siendo opcional para el resto de los licitantes
314	314	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Otorrino 4 Ped) 12. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico (cónico o según tecnología del fabricante) Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración cilíndrico, LUER, 1mm diámetro exterior, longitud útil 9cm, curva (referencia gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Tubo de aspiración cilíndrico, LUER, 1mm diámetro exterior, longitud útil 9cm, curva (referencia gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes.
315	315	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION	Otorrino 4 Ped) 12. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm,	se acepta su solicitud de ofertar Tubo de aspiración, 6 mm de curvatura, LUER-Lock, 0,8 mm diámetro exterior,

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		TECNICO/ DOCUMENTAL:	cónico (cónico o según tecnología del fabricante) Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración, 6 mm de curvatura, LUER-Lock, 0,8 mm diámetro exterior, longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes.
316	316	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro Ped 1) 1., Endouro Ped 2) 1 y Endouro Ped 3) 2. Minicistouretroscopio de 7 fr,X 10 cms 9 fr. X 20 cms 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Cistouretroscopio pediátrico, 6° con ocular oblicuo, 8 Charr, longitud 13 cm, esterilizable en autoclave, con 2 conexiones laterales de irrigación y 1 canal de trabajo de 5 charr. ¿se acepta?	no se acepta su solicitud de ofertada ya que no hay descripcion acorde a la solicitada.
317	317	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro Ped 5) 1. Ureteroscópio semirrígido, diámetro de 4.5 a 8 fr. o Charr, visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 2.5 a 5 FR. o Charr, longitud útil de 300 mm como mínimo. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Uretero-renoscopios semirrígidos. Diámetro de 7 charr., canal de trabajo de 4.8charr para utilizar instrumentos hasta 4 charr, máxima potencia de irrigación a través del gran canal de trabajo, óptica dirección visual de 6°, longitud 43 cm, esterilizable en autoclave. ¿se acepta?	no se acepta su solicitud de ofertada ya que no hay descripcion acorde a la solicitada.
318	318	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro Ped 7) 1. Uretrotomo que incluye: Óptica con ángulo de visión de 0° a 5° autoclavable, diámetro de 1.9 a 2.1 mm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Óptica miniaturizada de visión frontal 0°, 1,2 mm diámetro, longitud 20 cm, esterilizable en autoclave. ¿se acepta?	se acepta su solcitud de ofertar Óptica miniaturizada de visión frontal 0°, 1,2 mm diámetro, longitud 20 cm, esterilizable en autoclave, siendo opcional para el resto de los licitantes
319	319	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro Ped 7) 1.1. Camisa o vaina (incluir obturador) Externa desde 7 fr a 8.5fr (incluir ambas medidas). o Charr. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Vaina de uretrotomo, con llave Luer-Lock, 10 charr, con	se acepta su solicitud Vaina de uretrotomo, con llave Luer-Lock, 10 charr, con obturador y 2 conos LUER-Lock, compatible con elemento de trabajo y óptica, siendo opcional para el resto de los licitantes.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			obturador y 2 conos LUER-Lock, compatible con elemento de trabajo y óptica. ¿se acepta?	
320	320	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Endouro Ped 7) 1.1. Camisa o vaina (incluir obturador) Externa desde 7 fr a 8.5fr (incluir ambas medidas). o Charr. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Camisa o vaina (incluir obturador) Externa desde 7 fr a 10fr (Según tecnología del fabricante) Charr. Ya que la óptica compatible con una camisa externa menor a 8 Fr, es menor a la óptica solicitada en el numeral 1. ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Camisa o vaina (incluir obturador) Externa desde 7 fr a 10fr (Según tecnología del fabricante) Charr. Ya que la óptica compatible con una camisa externa menor a 8 Fr, es menor a la óptica solicitada en el numeral 1.
321	321	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Uro Ped 1) No. 3. Aplicador para clip absorbible o de polímero o de titanio, extra-largo.Se solicita amablemente a la convocante aclarar si el aplicador de polimero extra largo solo se requiere incluir en el set de Cirugía 2, considerando que el clip de polímero medida extra-largo incluido en la clave bcb48 (clip vascularres de polímero... 2mm a 16mm de ancho) únicamente se requiere para la clave de procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto.	se requiere unicamente para la clave mecionada
322	322	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía Ped 1) No. 3. Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Anudador, para el anudado extracorpóreo, tamaño 3 mm, longitud 20 cm. Extremo abierto y cerrado en un solo instrumento. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar anudador, para el anudado extracorpóreo, tamaño 3 mm, longitud 20 cm. Extremo abierto y cerrado en un solo instrumento. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
323	323	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía Ped 1) No. 3. Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento de endosutura CLIKline de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. De	No se acepta su solicitud

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	
324	324	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía Ped 1) No. 11. Pinza de disección tipo Mixter de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, rotable y desmontable, con punta angulada, longitud de trabajo 20 a 33 cm. Cirugía Ped 1) No. 19. Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31a 37 cm. Solicitamos a la convocante aclarar si requieren una o dos Pinzas de disección tipo Mixter, diámetro de 5 mm, ya que se solicita en 2 ocasiones en este set.	Se requiere de dos unidades.
325	325	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía Ped 1) No. 11. Pinza de disección tipo Mixter de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, rotable y desmontable, con punta angulada, longitud de trabajo 20 a 33 cm. Cirugía Ped 1) No. 19. Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31a 37 cm. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si requiere una sola pinza tipo mixter de 5mm, ya que solicitan en dos ocasiones pinza con características similares.	Se requiere de dos unidades.
326	326	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía Ped 1) No. 12. Pinza de extracción o de garra, 3 a 3.4mm o 5 mm., de diámetro, rotable y desmontable, dentada, reusable, largo de trabajo de 20 a 33 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas de garra CLICKline, 2 x 3 dientes. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Pinzas de garra CLICKline, 2 x 3 dientes. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante.siendo opcional para el resto de los liciitates
327	327	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía Ped 1) No. 16. Retractor hepático metálico, maleable, articulado, que al activarse adquiere forma triangular o de gancho, diámetro de 5 mm., reusable,	se acepta su solicitud de ofertar Retractor de CUSCHIERI, maleable (Ref. Gráfica), tamaño 5 mm, longitud 36 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			longitud de 20 a 34 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Fácilmente desmontable para la limpieza. Retractor de CUSCHIERI, maleable (Ref. Gráfica), tamaño 5 mm, longitud 36 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	el resto de los licitantes
328	328	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía Ped 1) No. 17. Separador de hígado, (articulado o rígido) de 5 mm., de diámetro de 3 a 5 valvas que se abren en abanico, reusable, longitud de 20 a 34 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Retractor de ventilador, angulación máxima 60°, 3 dedos, desmontable Ø 5 mm 33 cm. Adaptador para limpieza (Referencia Gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Retractor de CUSCHIERI, maleable (Ref. Gráfica), tamaño 5 mm, longitud 36 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes
329	329	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía Ped 1) No. 18. Tijera Metzembaun de 3 o 5 mm., de diámetro, curva, bipolar, rotable, desmontable, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tijera Metzembaun de 3 o 5 mm., de diámetro, curva, bipolar o monopolar, rotable, desmontable, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm. ¿se acepta?	se acepta su solcitud de ofertar Tijera Metzembaun de 3 o 5 mm., de diámetro, curva, bipolar o monopolar, rotable, desmontable, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm. Siendo opcional para el rest de los licitantes.
330	330	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Cirugía Ped 2) Set de Cirugía pediátrica 2 complementario para los procedimientos: 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica 10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica. Considerando que el Set de Cirugía pediátrica 2, es un set complementario. Creemos que existe un error y las claves de procedimiento 10.06.117 y 10.06.155 deben incluirse dentro del set Cirugía Ped 1. ¿Es correcto?	es correcta su apreciacion.
331	331	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Debemos entender que las unidades de medida requeridas en el Anexo T4 Catalogo de Bienes de Consumo SMI para PMI pueden ser referenciadas como otra unidad de medida, siempre y cuando cumplan con su	es correcta su apreciacion.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			equivalencia, ejemplo:cm - pies (ft o ´) - pulgada(in o ") ó charr (ch) - french (fr)¿Es correcta nuestra apreciación?	
332	332	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb39- Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. Nos permita ofertar: bcb39- Catéter de colangiografía para inyectar un medio de contraste radiopaco a través del conducto cístico dentro del canal biliar, con tapa rigida de 3-20F. Esto sin afectar al resto de los participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solicutud de ofertar bcb39- Catéter de colangiografía para inyectar un medio de contraste radiopaco a través del conducto cístico dentro del canal biliar, con tapa rigida de 3-20F. Siendo opcional para el restode los licitantes.
333	333	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb47- Clips vasculares de polímero 5 mm. (Pza.) Nos permita ofertar: bcb47- Clips vasculares de polímero 5 a 13 mm. (Pza.) De acuerdo a compatibilidad con instrumental de aplicación solicitado en el Anexo T3 y tecnología del fabricante, esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar bcb47- Clips vasculares de polímero 5 mm. (Pza.) Nos permita ofertar: bcb47- Clips vasculares de polímero 5 a 13 mm. (Pza.) De acuerdo a compatibilidad con instrumental de aplicación solicitado en el Anexo T3 y tecnología del fabricante, siendo opcional para el resto de los licitantes.
334	334	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:	se acepta su solicitud de ofertar bcb51- Cuchilla angulada de 12° a 30° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 8 a 11 cm., de longitud. O, siendo esto opcinal para el resto de los licitantes.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			bcb51- Cuchilla angulada de 12° a 30° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 8 a 10.5 cm., de longitud. O Nos permita ofertar: bcb51- Cuchilla angulada de 12° a 30° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 8 a 11 cm., de longitud. O Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	
335	335	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb53- Cuchilla angulada de 30° a 40° para hueso de 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 8.0 a 10.5 cm., de longitud. O Nos permita ofertar: bcb53- Cuchilla angulada de 30° a 40° para hueso de 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 8.0 a 11 cm., de longitud. O Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solicitud de ofertar bcb53- Cuchilla angulada de 30° a 40° para hueso de 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 8.0 a 10.5 cm., de longitud. O Nos permita ofertar: bcb53- Cuchilla angulada de 30° a 40° para hueso de 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 8.0 a 11 cm., de longitud. O, siendo esto opcional para el resto de los licitantes.
336	336	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:bcb58- Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 3.5 a 4.2 mm., de diámetro, de 10.5 a 12 cm., de longitud. OAsignado en el Procedimiento 10.02.004 Cirugía de oídoEn nuestra experiencia dicha descripcion corresponde al procedimiento 10.02.003 Cirugia funcional endoscopica de nariz, senos paranasales y extructuras anexas adulto. Solicitamos a las convocante nos permita ofertar cuchilla cortadora o fresa cortante compatible con equipo ofertado, de acuerdo al procedimiento requerido o determine si se trata de un error.	no se acepta la solicitud ofertada

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

337	337	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb59- Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 10.5 a 12 cm., de longitud. Asignado en el Procedimiento 10.02.004 Cirugía de oído Nos permita ofertar para id_pmi bcb59: Cuchilla cortadora o Fresa cortante compatible con equipo ofertado, de acuerdo al procedimiento requerido. Ya que en cuanto nuestra experiencia dicha descripcion corresponde al procedimiento 10.02.003 Cirugia funcional endoscopica de nariz, senos paranasales y extructuras anexas adulto. ¿Se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar Cuchilla cortadora o Fresa cortante compatible con equipo ofertado, de acuerdo al procedimiento requerido.siendo opcional para el resto de los licitantes
338	338	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb85- Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 11 cm., de longitud. Nos permita ofertar: bcb85- Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 12.5 cm., de longitud. Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solictud de ofertar bcb85- Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 11 cm., de longitud. Nos permita ofertar: bcb85- Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 12.5 cm., de longitud. Siendo esto opcional para el restode los licitantes
339	339	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:	se acepta su solictud de ofertar bcb90- Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038". O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			bcb90- Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038". O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm. O Nos permita ofertar: bcb90- Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038". O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 a 8 cm. O Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	cm., punta recta flexible de 3 a 8 cm. O sin ser obligatorio para los demas licitantes.
340	340	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	De la manera más atenta solicitamos a la convocante aclare si para el procedimiento en cuestión 10.02.104 Cirugía de oído pediátrica, será requerido el siguiente producto: - Cuchilla cortadora o Fresa cortante compatible con equipo ofertado. Ya que son necesarias para dicho procedimiento y no cuentan con id_pmi asignado. ¿Es correcta nuestra apreciación?	es correcta su apreciacion.
341	341	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:bcb109- Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies.Nos permita ofertar: bcb109- Malla de poliglactina 910 de 25 a 36 X 25 a 36 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido	se acepta su solicitud de ofertar bcb109- Malla de poliglactina 910 de 25 a 36 X 25 a 36 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies. Sendo esto opcional para el resto de los licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			poliglicolico de dos superficies.Esto sin afectar al resto de los licitantes¿Se acepta nuestra propuesta?	
342	342	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb109- Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies. Nos permita ofertar: bcb109- Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies de 25 a 35 X 25 a 36 cm o Malla quirurgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solicitud e ofertar bcb109- Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies de 25 a 35 X 25 a 36 cm o Malla quirurgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm.
343	343	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb110- Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril. Nos permita ofertar: Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril. Esto sin afectar al resto de los participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solictud de ofertar bcb110- Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril. Nos permita ofertar: Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril. Siendo opcional para el resto de los licitantes.
344	344	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:	Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demas licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			bcb110- Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril. Asignado a la clave de procedimiento 10.02.003, 10.02.004, 10.02.103, 10.02.104 Nos permita ofertar: Manguera de irrigación para cuchillas y fresas, compatible con el equipo ofertado.. Ya que no afecta la funcionalidad para lo que es requerido dicho bien y así brindar mayor participación a la proveeduría, esto sin ser limitante para los demás licitantes. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
345	345	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb110- Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril. Asignado a la clave de procedimiento 10.03.001, 10.03.002. Nos permita ofertar: Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. Ya que no afecta la funcionalidad para lo que es requerido dicho bien y así brindar mayor participación a la proveeduría, esto sin ser limitante para los demás licitantes. ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solicitud de ofertar bcb110- Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril. Nos permita ofertar: Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril. Siendo esto opcional para el resto de los licitantes
346	346	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:bcb112- Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril.Nos permita ofertar: bcb112- Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.Esto sin afectar al	se acepta su solicitud de ofertar bcb112- Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. siendo opcional para el resto de los licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			resto de los participantes.¿Se acepta nuestra propuesta?	
347	347	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb115- Nudo preformado de poliglactina 910 O acido poliglicolico O Sutura preanudada.(o nudo de PGLA deslizante). Solicitamos a la convocante este bien de consumo básico se incluya en el catálogo de bienes de consumo complementario, ya que en base a nuestra experiencia algunas técnicas quirúrgicas requieren mas de 1, caso del HGRAL Azcapotzalco. ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solictud de ofertar bcb115- Nudo preformado de poliglactina 910 O acido poliglicolico O Sutura preanudada.(o nudo de PGLA deslizante). Siendo esto opcional para el resto de los licitantes
348	348	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb117- Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. Nos permita ofertar: bcb117- Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo y largo. De acuerdo a compatibilidad con instrumental de aplicación solicitado en el Anexo T3 y tecnología del fabricante, esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar bcb117- Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo y largo. Siendo esto opcional para el rest de los licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

349	349	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb122- Placa de paciente adulto. Nos permita ofertar: bcb122- Placa de paciente (IMAGEN). Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solicitud de ofertar bcb122- Placa de paciente (IMAGEN). Siendo esto opcional para el restode los licitantes.
350	350	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb135- Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j"", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador. Se refiere a: bcb135- Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j"", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr, longitud de 24 cm y 26 cm radiopaco, posicionador longitud 50 a 70 cm. Según descripción del Fabricante ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación
351	351	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o	se acpta su solicitud de ofertar bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 cc., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).Nos permita ofertar: bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 cc., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).Esto sin afectar al resto de los participantes.¿Se acepta nuestra propuesta?	de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).siendo esto opcional para el resto de los licitates
352	352	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud. Nos permita ofertar: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para cadera. De acuerdo a descripcion de fabricante. Esto sin afectar al resto de los participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solicitud de ofertar bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para cadera. De acuerdo a descripcion de fabricante. Siendo esto opcional para el restode los licitantes.
353	353	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud. Nos permita ofertar: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma	Se acepta su solicitud de ofertar bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para cadera. De acuerdo a descripcion de fabricante. Siendo esto opcional para el restode los licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			monopolar o bipolar, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. Esto sin afectar al resto de los participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
354	354	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb155- Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. Nos permita ofertar: bcb155- Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 cc., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demas licitantes.
355	355	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:bcb161- Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titanio O biodegradable, para la fijación del injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7 a 10 mm., longitud de 20 a 30 mm., incluye medidas intermedias entre las especificadas, pza.Nos permita ofertar: bcb161- Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titanio O bioabsorbible, para la fijación del injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7	se acepta su solicitud de ofertar bcb161- Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titanio O bioabsorbible, para la fijación del injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7 a 10 mm., longitud de 20 a 30 mm., incluye medidas intermedias entre las especificadas, pza.siendo esto opcional para el resto de los licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			a 10 mm., longitud de 20 a 30 mm., incluye medidas intermedias entre las especificadas, pza.Esto sin afectar al resto de los licitantes¿Se acepta nuestra propuesta?	
356	356	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb163- Trócares flexibles punta roma , desechables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. Nos permita ofertar: bcb163- Trócares flexibles punta roma , reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	no se acepta su solicitud de propuesta
357	357	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb163- Trócares flexibles punta roma , desechables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente.	No se acepta su propuesta debido a que el material ofertado no corresponde a las caracteristicas del material solicitado.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Nos permita ofertar: bcb163- Trócares flexibles punta roma , reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 85 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	
358	358	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb164- Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., Nos permita ofertar: bcb164- Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 5mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta su propuesta su propuesta sin ser obligatorio para los demas licitantes.
359	359	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:bcb166- Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad,	se acepta su solicitud de ofertar bcb166- Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud,

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente.Nos permita ofertar: bcb166- Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente.Esto sin afectar al resto de los licitantes¿Se acepta nuestra propuesta?	según complexión y constitución del paciente. siendo opcional para el esto de los licitantes
360	360	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.903 Ancla PK de sutura de 4.5 a 5.5 mm. ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su propuesta de ofertar Clave- 10.01.903 Ancla PK de sutura de 4.5 a 5.5 mm. Siendo esto opcional para el resto de los licitantes
361	361	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.903 Ancla de sutura sin Nudo de 2.6 a 6.5 mm. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta su propuesta de ofertar Clave- 10.01.903 Ancla PK de sutura de 4.5 a 5.5 mm. Siendo esto opcional para el resto de los licitantes
362	362	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION	Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios:	se acepta su solicitud de ofertar Clave- 10.01.911 Ancla de Ti sutura de 2.8mm y 3.5 mm, esteril, para la fijación del

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		TECNICO/ DOCUMENTAL:	Clave- 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.911 Ancla de Ti sutura de 2.8mm y 3.5 mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad. ¿Se acepta nuestra propuesta?	tejido blando de inestabilidad.siendo opcional para el resto de los licitantes
363	363	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.912 Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.912 Ancla de Ti sutura de 2.8mm y 3.5 mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad. ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solicitud de ofertar Clave- 10.01.911 Ancla de Ti sutura de 2.8mm y 3.5 mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad.siendo opcional para el resto de los licitantes
364	364	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios:Clave- 10.01.912 Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar:Clave- 10.01.912 Ancla de sutura curva de 2.3mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad.¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solicitud de ofertar Clave- 10.01.912 Ancla de sutura curva de 2.3mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad sin ser obligatorio para los demas licitantes
365	365	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.915 Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad.	se acepta su solictud de ofertar Clave- 10.01.915 Kit de reparación AC: Incluye implante AC, alambre para pasar suturas y empujador de nudos, sin ser obligatorio para los demas licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.915 Kit de reparación AC: Incluye implante AC, alambre para pasar suturas y empujador de nudos. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
366	366	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.921 Sutura de alta resistencia de diámetro 00 o Sutura de alta resistencia 2-0 de diametro de polietileno. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.921 Sutura de ultra alto peso molecular 2-0 blanca y agujas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	se aceta su solictud de aceptar Clave- 10.01.921 Sutura de ultra alto peso molecular 2-0 blanca y agujas.siendo esto opcional para el resto de los licitantes.
367	367	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta su propuesta su propuesta sin ser obligatorio para los demas licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

368	368	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: 10.02.901 Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis de 30 cc y de 10 cc (tamaño 4.5 a 9 cm). En base a nuestra experiencia, este bien de consumo complementario no cuenta con un consumo habitual. Solicitamos a la convocante valore la eliminación de este insumo dentro el catalogo id_pmi de bienes de consumo complementario. Adicional que su aplicacion se enfoca a procedimeintos de craneotomía, lo que no tendria afectaciones en los SMI para PMI. ¿Se acepta?	no se acepta
369	369	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos a la convocante indicar las PARTIDA(S) en el encabezado del formato, ya que es demasiada información en las diferentes columnas y las partidas se repetirian en cada caracteristica del equipo, instrumental y bien de consumo, es decir en todos los renglones, se acepta nuestra solicitud?	Se debera apegar al Formato T23 previa consulta del anexo TI actualizado, mismo que se subira a la Plataforma de CompraNet en el apartado de Anexos.
370	370	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta Equipo. En la seccion Documental. Carece de columnas para especificar el nombre de la carpeta bajo los números 4.2.2 Registros y 4.2.4 Certificado de calidad. Favor de realizar el ajuste del archivo o aclarar.	Favor de apegarse al Formato T23.
371	371	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta Equipo. En la sección Documental. En el caso de la columna "fecha de vigencia reg ssa" cuando se mencione el "Listado de insumos para la salud	Favor de apegarse al Formato T23.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario" DOF el 22 de diciembre del 2014. ¿Que fecha de vigencia debera colocarse?	
372	372	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de Instrumental. En la sección evaluación técnica. Dice: NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, debemos entender que se refiere al modelo, código, referencia o no. de ref. del producto. ¿Es correcto?	es correcta su apreciacion
373	373	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de Instrumental. En la sección evaluación técnica. Dice: NOMBRE DE LA CARPETA, debemos entender que se refiere al nombre de los documentos contenidos bajo los numerales 4.2.3. ¿Es correcto?	es correcta su apreciacion
374	374	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de Instrumental. En la sección evaluación técnica. Dice: UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO) Solicitamos a la convocante aclarer si se refiere a: UBICACIÓN EXACTA (Folio y Página) DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO). ¿Es correcto?	debera ser resuelto por el adminsitrador del contrato
375	375	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de Instrumental. En la seccion documental. Carece de columnas para especificar el nombre de la carpeta bajo los números 4.2.2 Registros y 4.2.4 Certificado de calidad. Favor de realizar el ajuste del archivo o aclarar.	se debera resolver por el adminsitrador del contrato

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

376	376	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de Instrumental. En la sección documental. En el caso de la columna "fecha de vigencia reg ssa" cuando se mencione el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario" DOF el 22 de diciembre del 2014. ¿Que fecha de vigencia debera colocarse?	se debera resolver por el adminsitrador del contrato
377	377	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección evaluación técnica.. Dice: NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, debemos entender que se refiere al modelo, código, referencia o no. de ref. del producto. ¿Es correcto?	es correcta su apreciacion
378	378	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección evaluación técnica. Dice: NOMBRE DE LA CARPETA, debemos entender que se refiere al nombre de los documentos contenidos bajo los numerales 4.2.3. ¿Es correcto?	es correcta su apreciacion
379	379	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección documental. En el caso de la columna "fecha de vigencia reg ssa" cuando se mencione el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario" DOF el 22 de diciembre del 2014. ¿Que fecha de vigencia debera colocarse?	debera ser resuelto por el adminsitrador del contrato
380	380	FORMATO T23. PROPUESTA	Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico	Favor de apegarse al Formato T23.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	(bcb). En la seccion documental. Carece de columnas para especificar el nombre de la carpeta bajo los números 4.2.2 Registros y 4.2.4 Certificado de calidad. Favor de realizar el ajuste del archivo o aclarar.	
381	381	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección evaluación técnica. Dice: UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO)Solicitamos a la convocante aclarer si se refiere a: UBICACIÓN EXACTA (Folio y Página) DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO).¿Es correcto?	debera ser resuelto por el adminsitrador del contrato
382	382	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Complementario (bcc). En la sección evaluación técnica.. Dice: NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, debemos entender que se refiere al modelo, código, referencia o no. de ref. del producto. ¿Es correcto?	Favor de apegarse a lo señalado en el Formato T23, en correlacion con el numeral 4.2.3 de las bases de la convocatoria.
383	383	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Complementario (bcc). En la sección documental. En el caso de la columna "fecha de vigencia reg ssa" cuando se mencione el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario" DOF el 22 de diciembre del 2014. ¿Que fecha de vigencia debera colocarse?	debera ser resuelto por el adminsitrador del contrato
384	384	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Complementario (bcc). En la seccion documental. Carece de columnas para especificar el nombre de la carpeta bajo los números 4.2.2 Registros y 4.2.4 Certificado de calidad.	debera ser resuelto por el adminsitrador del contrato

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Favor de realizar el ajuste del archivo o aclarar.	
385	385	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Complementario (bcc)). En la sección evaluación técnica. Dice: UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO) Solicitamos a la convocante aclarer si se refiere a: UBICACIÓN EXACTA (Folio y Página) DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO). ¿Es correcto?	debera ser resuelto por el adminsitrador del contrato
386	386	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante que considere la respuesta ya que en la "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico" en su Artículo 29 en el cual menciona; "Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan como objeto o efecto limitar el proceso de competencia ..." al solicitar un insumo que solo una marca puede cumplir está, limitando la libre participación de la proveeduría y beneficiando al proveedor que oferta esta marca que en este caso es Vitalmex Internacional S.A. de C.V. en participación conjunta con el distribuidor Endomédica S. A. de C. V. siendo este último el dueño del registro sanitario y negando el apoyo al resto de los participantes poniendo a su consideración aceptar bcb39- Catéter de colangiografía para inyectar un medio de contraste radiopaco a través del conducto cístico dentro del canal biliar, con tapa rígida de 3-20F.	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para el resto de los licitantes.
387	387	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:	se acepta su solicitud de ofertar Electrodo punta esférica o coagulación diámetro de 0.5 a 1.5 mm., y longitud 100 a 110 mm. O siendo esto opcional para el resto de los licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			bcb69- Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. Asignado en el Procedimiento 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto., 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica Nos permita ofertar para id_pmi bcb69: Electrodo punta esférica o coagulación diámetro de 0.5 a 1.5 mm., y longitud 100 a 110 mm. O Y así brindar mayor proveeduría. Esto si afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	
388	388	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:bcb69- Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm.Asignado en el Procedimiento 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto., 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátricaNos permita ofertar para id_pmi bcb69:Electrodo activo de bola de acero inoxidable de 3/16" de diámetro, y longitud 100 a 110 mm. OY así brindar mayor proveeduría.Esto si afectar al resto de los licitantes¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta, favor de apegarse a lo solicitado.
389	389	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb69- Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. Asignado en el Procedimiento 10.02.003 Cirugía funcional	No se acepta, favor de apegarse a lo solicitado.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto., 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica Nos permita ofertar para id_pmi bcb69: Electrodo punta esférica o punta de aguja diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. O Y así brindar mayor proveeduría. Esto si afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	
390	390	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante, se acepte una variación +/- 10% en las medidas para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb85- Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 11 cm., de longitud. Esto si afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solicitud de ofertar bcb85- Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 11 cm., de longitud. Siendo opcional para el resto de los licitantes.
391	391	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb109- Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies. Nos permita ofertar: bcb109- Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm	se acepta su solicitud de ofertar bcb109- Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm siendo esto opcional para el resto de los licitantes.



			Esto si afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta?	
392	392	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI:bcb109- Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies.Nos permita ofertar: bcb109- Malla de poliglactina 910 de 25 a 36 X 25 a 36 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cmEsto si afectar al resto de los licitantes¿Se acepta nuestra propuesta?	se acepta su solicitud de ofertar bcb109- Malla de poliglactina 910 de 25 a 36 X 25 a 36 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm siendo esto opcional para el resto de los licitantes.
393	393	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: 10.02.901 Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis de 30 cc y de 10 cc (tamaño 4.5 a 9 cm). Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: 10.02.901 Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis (tamaño 4.5 a 9 cm). Y así brindar mayor participación de la proveeduría. ¿Se acepta?	se acepta su solicitud de ofertar
394	394	FORMATO T25 "Manual de Desinfección de Alto Nivel" (DAN)	Solicitamos a la convocante nos aclare si este formato solo aplica para el paquete 2 Endoscopia, derivado de los siguientes puntos a los que indica el formato: 2.- Fecha en que el Jefe o Responsable del Servicio de Endoscopia recibe el Manual DAN	10.02.901 Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis (tamaño 4.5 a 9 cm). Siendo esto opcional para el resto de los licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			6.- Registro de la información del desarrollo del DAN (esta debe ser conservada para la supervisión por el Jefe Endoscopia).	
395	395	FORMATO T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI"	Solicitamos a la convocante considerar incluir el campo del CONTRATO o PARTIDA, así como técnico que prestó el servicio, se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, Favor de apegarse al Formato T26
396	396	FORMATO T30 "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 4 años cero meses."	Menciona el Anexo "Presentar la bitácora de servicio de mantenimiento del equipo, en el cual aseguro que no ha tenido más de tres fallas consecutivas". Entendemos que dicha bitácora sólo se presentará posterior al fallo, en caso de resultar adjudicado. ¿Es correcta nuestra apreciación?	es correcta su apreciacion
397	397	FORMATO T6 "Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental"	Solicitamos a la convocante incluir el campo UNIDAD MÉDICA, derivado que es un reporte de mantenimiento.	Favor de apegarse al Formato T6
398	398	FORMATO T7.1 "Entrega/Recepción de Sets de instrumental"	Solicitamos a la convocante quitar el campo de CLAVE DE CUADRO BÁSICO, ya que la presente no incluye dichas claves en el instrumental, de no quitarlas solicitamos a la convocante incluirlas en el Anexo T3 Instrumental de SMI para PMI	Favor de apegarse al Formato T 7.1
399	399	TC_1. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Al final del documento "Términos y Condiciones" se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable..." Entendemos que para atender esta indicación bastará con presentar la transcripción íntegra de documento "Términos y Condiciones" en hoja membretada del licitante con la firma del representante legal, manifestando bajo protesta de decir verdad que se acepta y se dará cabal cumplimiento a lo solicitado en "Términos y Condiciones" tal como lo indica el punto 4.2.1 Propuesta Técnica primer párrafo de bases.	Es correcta su apreciación.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿Es correcta mi apreciación?	
400	400	TC_1. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Al final del documento "Términos y Condiciones" se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable..."Asimismo, se solicita a la Convocante no considerar la indicación de presentarlo en archivo de Excel, ya que en la convocatoria viene en formato word, y baste sólo con la presentación en formato PDF. ¿Se acepta?	No se acepta, favor de apegarse a lo establecido en el anexo Terminos y Condiciones.
401	401	TC_1. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	b) Plazo de la entrega del bien: Se contará con un plazo máximo de ... 46 (cuarenta y seis) días naturales a partir de la notificación del fallo para el Instrumental y bienes de consumo básico y complementario que deberán entregarse de acuerdo a lo establecido en el presente documento, anexo técnico y demás formatos y anexos. Solicitamos a la convocante se permita contar con un plazo máximo de ... 90 a 180 días naturales a partir de la notificación del fallo para el Instrumental y bienes de consumo básico y complementario que deberán entregarse de acuerdo a lo establecido en el presente documento, anexo técnico y demás formatos y anexos. Con la finalidad de contar con el correcto salvaguardado del material quirurgico dentro de las unidades médicas. ¿Se autoriza? Considerando que en caso de que el licitante adjudicado esté en posibilidad de dar inicio antes del vencimiento del plazo de 90 (Noventa) días naturales podrá hacerlo.	No se acepta su solicitud de mayor tiempo al establecido de 45 dias naturales apartir de la emision y notificacion del fallo, ya que conforme a lo establecido en art. 26 de la LAASSP, las condiciones de la convocatoria no pueden ser negociables. Favor de apegarse a los establecido en numeral 1.4 de la presente convocatoria.
402	402	TC_1. DE LA PRESTACIÓN DEL	Solicitamos a la convocante aclare a que documentos se	En respuesta a su pregunta se aclara que deberá

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		SERVICIO	refiere en el siguiente parrafo: VIGENCIA Y PLAZO DEL SERVICIO. El licitante adjudicado se obliga en 10(diez) días hábiles a partir de la emisión y notificación del fallo, previo a la firma del contrato a presentar la documentación en físico requeridas por el Instituto, del Personal técnico, Equipo y Bienes de consumo básicos y complementarios contenidos en el presente documento y Anexo técnico.	presentar los documentos establecidos en el Anexo XXVIII Inciso c de las bases de la convocatoria mas la documentacion del Personal técnico, Equipo y Bienes de consumo básicos y complementarios contenidos en el presente documento y Anexo técnico.
403	403	TC_1. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Solicitamos a la convocante aclare el área y la persona responsable a la que se le hará entrega de los formatos que defina, resultado del siguiente parrafo: VIGENCIA Y PLAZO DEL SERVICIO. El licitante adjudicado se obliga en 10(diez) días hábiles a partir de la emisión y notificación del fallo, previo a la firma del contrato a presentar la documentación en físico requeridas por el Instituto, del Personal técnico, Equipo y Bienes de consumo básicos y complementarios contenidos en el presente documento y Anexo técnico.	En respuesta a su pregunta se debera entregar la documentacion solicitada en cada una de las Oficinas de Contratos de cada uno de los OOAD o UMAES conforme al ANEXO T12 "Catálogo de Unidades de SMI para PMI
404	404	TC_17. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD	17. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD Para garantizar el seguimiento y evaluación adecuados, se deberá enviar el Formato T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI", validado por la OOAD/UMAE al correo ctsi.pmi@imss.gob.mx donde se registrarán los PMI realizados a los pacientes, con todos los datos necesarios para la identificación y vigencia de derechos, así mismo la información correspondiente a la prestación del propio servicio como: número de contrato, fecha del procedimiento realizado al paciente, precio unitario, importe total, importe con IVA, nombre y matrícula del médico que autorizo, etc.	Se debera a pegarse al Seguimiento y Control de la Productividad ya que el Formato T26 es solo uno de los requisitos que esta contemplado como parte de la entrega de documentación.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con número de contrato, importe total, importe con iva, ya que el Formato T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI" no cuenta con estos campos, favor de aclarar.	
405	405	TC_2. LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	Inciso f) Solicitamos a la convocante nos aclare si el Formato 7 "Recepción de equipos", se refiere a FORMATO T7 "Entrega/Recepción de Equipos"	En el Inciso f corresponde al formato T7
406	406	TC_3. TIPO DE ABASTECIMIENTO.	Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con:El licitante podrá ofertar por separado cada una de los OOAD y/o UMAES establecidas en el Anexo T1 "Requerimiento de SMI para PMI". Por tanto el licitante podrá obtener los OOAD y/o UMAES que esté interesado, pudiendo ser una o más de una, considerando el Catálogo de Procedimientos del presente documento. Los requerimientos específicos por Unidad Médica están establecidos en el ANEXO T1 "Requerimiento de SMI para PMI". De acuerdo a la convocatoria en el punto 2.10 Tipo de Abastecimiento dice: La presente licitación contempla 21 partidas cada una en una sola fuente de abastecimiento, por lo cual no aplica el abastecimiento simultáneo.	Favor de apegarse al numeral 2.10 de las bases de la convocatoria.
407	407	TC_4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	4.2.9 Normas oficiales a considerar para prestación del servicio. Solicitamos a la convocante nos aclare a que norma se refiere con el segundo punto: · 2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, implantación y control de servicios médicos integrales, vigente. Con fecha de 26 de Julio del 2010.	Favor de remitirse a las Aclaraciones Generales de la convocatoria.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			· Condición que se cumple al no contar el Instituto Mexicano del Seguro Social con los equipos e Instrumental para la prestación del servicio a fin de satisfacer la demanda de los derechohabientes.	
408	408	TC_4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto. Inciso c) Solicitamos a la convocante se acepte para el caso del personal técnico en sitio, el Anexos T14 "Reporte individual de procedimientos y bienes de consumo complementarios", de contratos iguales o similares debidamente firmados por el técnico y el médico que recibió la asistencia técnica, y así comprobar la experiencia y la relación al servicio de Mínima Invasión a traves de la fecha en que se realizó el procedimiento. ¿Se acepta?	Favor de apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.11 de las bases de la convocatoria.
409	409	TC_4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	4.2.13 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio. Punto 2. Solicitamos a la convocante se acepte para el caso del personal técnico en sitio, el Anexos T14 "Reporte individual de procedimientos y bienes de consumo complementarios" de contratos iguales o similares, debidamente firmados por el técnico y el médico que recibió la asistencia técnica, y así comprobar el dominio de herramientas relacionadas con el servicio. ¿Se acepta?	Favor de apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.13 de las bases de la convocatoria.
410	410	TC_4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	4.2.19 Metodología Inciso a), b), c), d) y e) Solicitamos a la convocante se acepten los procedimientos del sistema de calidad ISO que maneja mi representada, incluyendo unicamente los que corresponden a cada inciso para comprobar la metodología. ¿Se acepta?	Favor de apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.19 de las bases de la convocatoria.
411	411	TC_4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	4.2.19 Metodología Solicitamos a la convocante nos aclare si este iniciso y el FORMATO T25 aplica únicamente para el PAQUETE 2	El Formato T25 aplica unicamente para el paquete 2 Endoscopia y en caso de no participar en dicho paquete no es requisito presentarlo ya que aplica para

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			ENDOSCOPIA, y en caso de no participar en dicho paquete no es requisito presentarlo ya que aplica para endoscopios.	endoscopios.
412	412	TC_4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	4.2 Documentación Técnica El licitante participante deberá presentar su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. Solicitamos a la convocante se permita presentar: El licitante participante deberá presentar su propuesta técnica en copia simple para los numerales: 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. Esto con la finalidad de no modificar el formato de los documentos al imprimir en hojas membretadas de la empresa, ¿Se acepta?	Favor de Apegarse al numeral 4.2 de las bases de la Convocatoria.
413	413	TC_4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	4.2.2 Registros Sanitarios. El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple del 100% de los registros sanitarios, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud. Solicitamos a la convocante permita presentar:4.2.2 Registros Sanitarios. El licitante deberá	Favor de apegarse al numeral al numeral 4.2.2 de las bases de la convocatoria.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de la ultima actualizacion del registros sanitarios (refrendo o prórroga según corresponda), completo, vigentes expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud. ¿Se acepta?	
414	414	TC_4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas....Tal documentación deberá ser completa y en idioma español, en caso de estar en idioma distinto al español deberá proporcionar su traducción simple, sin que esto altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Solicitamos a la convocante permita presentar: 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas....Tal documentación deberá ser portada y páginas que soporten sus proposiciones y en idioma español, en caso de estar en idioma distinto al español deberá proporcionar su traducción simple, sin que esto altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. ¿Se acepta?	Favor de apegarse a lo Solicitado en el numeral 4.2.3 de las bases de la convocatoria.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

415	415	TC_4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	4.2.6 Aviso de Importación 4.2.8 Carta Factura de los equipos Solicitamos a la convocante permita presentar solo el núméral 4.2.8 Carta Factura de los equipos, ya que ambos representan la propiedad y fecha de adquisicion de los equipos, siendo este elemento el optimo a presentar en tiempo y forma requerido. ¿Se acepta?	No se acepta, se debera a pegar a los numerales 4.2.6 y 4.2.8 de las bases de la convocatoria.
416	416	TC_4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto	Inciso c) Solicitamos a la convocante se acepte para el caso del personal técnico en sitio, el Anexos T14 "Reporte individual de procedimientos y bienes de consumo complementarios", de contratos iguales o similares debidamente firmados por el técnico y el médico que recibió la asistencia técnica, y así comprobar la experiencia y la relación al servicio de Mínima Invasión a traves de la fecha en que se realizó el procedimiento. ¿Se acepta?	No se acepta, favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 4.2.11 Inciso C de las bases de la convocatoria.
417	417	TC_4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto	Inciso c) Considerando que previo a las Disposiciones de las Leyes en materia de Subcontratación Laboral publicados en Diario Oficial de la Federación en abril de 2021, era posible la subcontratación de personal. Solicitamos que para demostrar la "Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación", nos permita en aquellos casos donde existió personal subcontratado, anexar a los contratos individuales, el Convenio de Participación Conjunta de mi representada con la empresa subcontratante presentado en la "Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Plurianual LA-050GYR988-E6-2019 contratación del Servicio Médico	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demas licitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Integral de Procedimientos de Mínima Invasión 2020-2022" ¿Se acepta?	
418	418	TC_4.2.13 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio	Punto 2.Solicitamos a la convocante se acepte para el caso del personal técnico en sitio, el Anexos T14 "Reporte individual de procedimientos y bienes de consumo complementarios" de contratos iguales o similares, debidamente firmados por el técnico y el médico que recibió la asistencia técnica, y así comprobar el dominio de herramientas relacionadas con el servicio. ¿Se acepta?	No se acepta, favor de apegarse al numeral 4.2.13 de las baes de la convocatoria.
419	419	TC_4.2.17 Experiencia del licitante	Solicitamos de la manera más atenta a la Convocante que nos permita entregar copia de los contratos sin anexos, ya que estos llegan a estar conformados por más de 300 páginas. ¿Se acepta?	No se acepta, Favor de apegarse al numeral 4.2.17 de las bases de la convocatoria.
420	420	TC_4.2.18 Especialidad del licitante	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante que para cumplir con este punto, nos permita presentar los mismos contratos integrados en el numeral "4.2.17 Experiencia del licitante". ¿Se acepta?	No se acepta, favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 4.2.18 de las bases de la convocatoria.
421	421	TC_4.2.19 Metodología	Inciso a), b), c), d) y e) Solicitamos a la convocante se acepten los procedimientos del sistema de calidad ISO que maneja mi representada, solo los que corresponden a cada inciso para comprobar la metodología. ¿Se acepta?	No se acepta, Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 4.2.19 de las bases de la convocatoria.
422	422	TC_4.2.2 Registros Sanitarios	Solicitamos a la convocante se permita presentar, solo copia simple del ultimo documento de registro sanitario (registro, prorroga o modificación), completo, vigente expedido por la COFEPRIS. ¿Se acepta?	No se acepta, Favor de apegarse al numeral 4.2.2 de las bases de la convocatoria.
423	423	TC_4.2.2 Registros Sanitarios	Solicitamos a la convocante se permita referenciar en registro sanitarios aquellas caracteristicas expresas que no puedan ser referenciadas en folletos, catálogos o manuales. ¿Se acepta?	No se acepta, Favor de apegarse al numeral 4.2.2 de las bases de la convocatoria.
424	424	TC_4.2.2 Registros Sanitarios	Solitamos a la convocante aclare si todos los registros sanitarios requeridos en los anexos T2, T3 y T4 se deben presentar en los archivos que sean necesarios bajo el	Es correcta su apreciación.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			numeral 4.2.2 Registros Sanitarios como se menciona en la Convocatoria y aparecen requeridos en el Formato T23 "Propuesta para evaluacion técnica/documental". ¿Es correcta la apreciación?	
425	425	TC_4.2.21 Presentar el Organigrama de la empresa participante y su Currículum Empresarial	Solicitamos a la convocante para cumplir a cabalidad con lo solicitado en este punto, nos permita presentar el organigrama de la empresa, los Formatos T19 y T20 anexando un escrito libre con el listado de todo el personal describiendo las funciones que realizan cada uno de ellos. Lo anterior con la finalidad de presentar todos los datos solicitados en este punto. ¿Se acepta?	No se acepta, favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 4.2.21 de las bases de la convocatoria.
426	426	TC_4.2.21 Presentar el Organigrama de la empresa participante y su Currículum Empresarial	Considerando que en este punto de bases se solicita nuevamente incluir "los mismos documentos establecidos en los numerales 4.2.11, 4.2.12 y 4.2.13", solicitamos a la Convocante, con la finalidad de no duplicar dicha información y debido al peso de los archivos a cargar a través de Compranet, nos permita presentar un carta bajo protesta de decir verdad de haber incluido los numerales 4.2.11, 4.2.12 y 4.2.13 en el apartado correspondiente. ¿Se acepta?	En respuesta a su pregunta, Favor de Apegarse a la Nota del numeral 4.2.21 que a la letra dice:"Nota: El licitante que en caso de resultar adjudicado, se obliga a mantener al equipo de trabajo asignado al proyecto y que en caso de que algún miembro del equipo por caso fortuito o fuerza mayor, deje de laborar deberá sustituir de inmediato al integrante con otra persona del mismo perfil. Presentando los mismos documentos establecidos en los numerales... 4.2.11,4.2.12 y 4.2.13."
427	427	TC_4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales	Solicitamos a la convocante que las medidas que no puedan ser referenciadas en catálogos, puedan ser acreditadas mediante copia simple de carta del fabricante o distribuidor, que confirme que las medidas solicitadas son equivalentes a las referenciadas en el catálogo y presentadas en la Propuesta Técnica. ¿Se acepta?	No se acepta, favor de apegarse al numeral 4.2.3 de las bases de la convocatoria.
428	428	TC_4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales	Solicitamos a la convocante, se acepte una variación +/- 10% en las medidas de bienes de consumo básicos y bienes de consumo complementarios de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro básico Institucional Vigente. ¿Se acepta?	no se acepta
429	429	TC_4.2.3 Folletos, catálogos,	Solicitamos a la convocante se permita presentar folletos,	no se acepta

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		fotografías, manuales	catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, mismos que deberán tener correspondencia con la descripción técnica solicitada en la presente convocatoria y, además, a lo enunciado y ofertado por el licitante, esto de acuerdo a marca, modelo, número de catálogo, número de parte, etcétera, según corresponda; es decir con la descripción técnica enunciada por el licitante, solamente portada y paginas referenciadas, esto, con la finalidad de reducir el tamaño y peso de los archivo a subir en la plataforma. ¿Se acepta?	
430	430	TC_4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales	Solicitamos a la convocante se nos permita referenciar en registro sanitarios aquellas caracteristicas que no puedan ser refercenciadas en folletos, catalogos o manuales. ¿Se acepta?	no se acepta
431	431	TC_4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales	Solicitamos a la convocante aclare si todos los Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, en los anexos T2, T3 y T4 se deben presentar en los archivos que sean necesarios bajo el numeral 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas como se menciona en la Convocatoria y aparecen requeridos en el Formato T23 "Propuesta para evaluacion técnica/documental". ¿Es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación
432	432	TC_4.2.4.2 Certificado de Calidad ISO-13485:2016	Solitamos a la convocante aclare si todos los Certificado de Calidad ISO-13485:2016 requeridos en los anexos T2, T3 y T4 se deben presentar en los archivos que sean necesarios bajo el numeral 4.2.4.2 Certificado de Calidad ISO-13485:2016 como se menciona en la Convocatoria y aparecen requeridos en el Formato T23 "Propuesta para evaluacion técnica/documental".	Es correcta su apreciación.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿Es correcta la apreciación?	
433	433	TC_4.2.5 Carta compromiso del Licitante participante en la Instalación de Equipo	Con la finalidad de garantizar la calidad del servicio y el suministro de equipos, bienes de consumo e instrumental. Solicitamos a la Convocante que, para fines de esta licitación, se requiera a todos los licitantes participantes presentar carta solidaria en formato libre expedida por el representante legal de los fabricantes que brindan el apoyo. ¿Se acepta?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 4.2.5 de las bases de la Convocatoria.
434	434	TC_4.2.6 Aviso de Importación	Solicitamos a la convocante se permita presentar solo el numeral 4.2.8 Carta Factura de los equipos., toda vez que, los avisos de importacion se emiten cuando el equipo ya fue ingresado al país. Y eso es en el rango de los 15 días naturales previos al arranque del servicio. ¿Se acepta?	No se acepta, se debe apegar a lo solicitado en los numerales 4.2.6 y 4.2.8 de las bases de la Convocatoria.
435	435	TC_4.2.8 Carta Factura de los equipos	Solicitamos a la convocante se nos permita presentar la carta factura del equipamiento dentro de los 15 días naturales posteriores al fallo, toda vez, que el tiempo de entrega de los equipos se contempla dentro de ese periodo. ¿Se acepta?	Se acepta de acuerdo al numeral 4.2.8 de las bases de la convocatoria.
436	436	TC_5. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	5.4 Equipo Médico Itinerante: Solicitamos a la convocante aclarar como se determina una unidad itinerante y un set de instrumental itinerante para el paquete 1, ya que de acuerdo al ultimo estudio de mercado, incluía torres de laparoscopia y sets de instrumental itinerante.	Unidad se refiere a la torre de equipo medico y el set se refiere al Instrumental y consumibles requeridos.
437	437	TC_5. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	5.4 Equipo Médico Itinerante: Solicitamos a la convocante aclarar si el PMR se obtuvo del ultimo estudio de mercado, ya que este si contempló torres y sets de instrumental itinerantes, los requerimientos de esta convocatoria no corresponden al estudio de mercado del cual se obtienen los PMR, la inversión se dispara totalmente, los precios máximos de referencia son inferiores a los del 2019 siendo un contrato trianual y este	En respuesta a su pregunta No Aplica el PMR tal como lo establece la convocatoria.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

			una contratación por 4 meses, con incremento en la inversión, favor de aclarar.	
438	438	TC_84_4.2.19 Metodología	Inciso f) Solicitamos a la convocante nos aclare si este iniciso y el FORMATO T25 aplica únicamente para el PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, y en caso de no participar en dicho paquete no es requisito presentarlo.	Es aplicable para el Paquete 2 de endoscopia y en caso de no participar en dicho paquete no es requisito presentarlo
439	439	TC_9.1 PENAS CONVENCIONALES	10. Incumplimiento en el inicio de la prestación del servicio con base en el plazo ofertado en el plan de trabajo. Cuando exceda los 63 (sesenta y tres) días naturales es decir el 30%. Cuando exceda los 77 (setenta y siete) días naturales es decir el 15%. Solicitamos a la convocante aclare a que actividad se refiere "cuando exceda los 63 (sesenta y tres) días naturales y Cuando exceda los 77 (setenta y siete) días naturales".	Favor de Remitirse al 9.1 "Penas Convencionales" del Anexo Términos y Condiciones de SMI para PMI.

Preguntas efectuadas por: **GRUPO VITALMEX S.A. DE C.V**

No. consecutivo IMSS	Número Consecutivo [1]	Numeral o punto específico de la Convocatoria [2]	Pregunta [3]	RESPUESTA
1	1	LA-050GYR006-E571-2022 Conv LPIBCT para SMI-2023 VF (1) 1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 1.5. Idioma en el que se presentarán las proposiciones. Página 15 de 141	Dice: Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, los licitantes participantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta; los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s)	No se acepta su solicitud de presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados,

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los insumos ofertados así como de las características del servicio ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción íntegra simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar únicamente la portada y páginas referenciadas de, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, esto con el fin de aligerar el peso de los archivos y no dificultar la carga en COMPRANET, ya que algunos de ellos contienen más de 500 páginas. ¿Se acepta?	tales como certificados del fabricante, solamente la portada y paginas de hojas referenciadas, debera presentar la informacion completa debidamente referenciada.
2	2	LA-050GYR006-E571-2022 Conv LPIBCT para SMI-2023 VF (1) 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR. 4.2 Propuesta técnica. 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas. Página 47 de 141	Solicitamos amablemente a la convocante que las medidas o características que no puedan ser referenciadas en Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, puedan ser acreditadas mediante carta membretada del fabricante o filial o distribuidor primario en México, que confirme que las medidas o características solicitadas son equivalentes a las referenciadas en el catálogo y presentadas en la Propuesta Técnica. ¿Se acepta?	No se acepta su solicitud de presentar los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, solamente la portada y paginas de hojas referenciadas, debera presentar la informacion

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

				completa debidamente referenciada.
3	3	Formatos SMI para PMI FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL Columna: EVALUACIÓN TÉCNICA / UBICACIÓN EXACTA (Folio o Página) DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO)	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita desglosar la columna a la que hacemos referencia, como parte de nuestra propuesta, en tres columnas; en las cuáles se registrarían los siguientes datos, con el objetivo de facilitar la ubicación y verificación de las descripciones técnicas como parte de nuestra propuesta: "REFERENCIA O UBICACIÓN DE ACUERDO A CADA LICITANTE" "NOMBRE DEL CATÁLOGO Y/O MANUAL CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE" "NÚMERO DE PÁGINA(S)" Esto sin ser limitante para los demás licitantes ¿Se acepta?	No se acepta, favor de apegarse a lo establecido en el Formato T23
4	4	En el documento: "Términos y Condiciones de SMI para PMI" VIGENCIA Y PLAZO DEL SERVICIO. b) Plazo de la entrega del bien: Página: 2 de 35 Se menciona lo siguiente: "Se contará con un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la emisión y notificación del fallo para la instalación, puesta a punto de los equipos médicos y de 46 (cuarenta y seis) días naturales a partir de la notificación del fallo para el	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar como parte de nuestra propuesta equipos nuevos o usados de 4 años de fabricación o en óptimas condiciones de funcionamiento, bajo el compromiso de mantener dichos equipos en buen estado de funcionamiento a través de la entrega periódica de las bitácoras de sus mantenimientos, durante la vigencia del contrato, siendo estos, modelos de última tecnolgía y que forman parte del catálogo actual del fabricante; tomando en cuenta que la vigencia del contrato es prácticamente de 6 meses; y así, reducir los precios de venta en beneficio del instituto. Considerando únicamente las siguientes OOAD/UMAE del Paquete 2: Endoscopia del Aparato Respiratorio y Digestivo: Morelos D.F. Sur	se aclara que los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.6 y 4.2.7 de la convocatoria, en al que especifica que los equipos deberan tener una antigüedad no mayor a 4 años 0 meses de la fecha de fabricacion.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Instrumental y bienes de consumo básico y complementario que deberán entregarse de acuerdo a lo establecido en el presente documento, anexo técnico y demás formatos y anexos. Nota: En caso de que el licitante adjudicado esté en posibilidad de dar inicio antes del vencimiento del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales podrá hacerlo, previa coordinación y corresponsabilidad con el administrador del contrato y auxiliares del contrato del Instituto correspondiente, de forma que el SMI para PMI, se otorgue ininterrumpidamente a la derechohabiencia. "	UMAE HE CMN Siglo XXI UMAE HP CMN Siglo XXI ¿SE ACEPTA?	
5	5	PUNTO: ANEXO T3 de SMI para PMI	PREGUNTA: Se solicita amablemente a la convocante se acepte instrumental con variación de +/-10% en las medidas o rangos de medidas solicitadas en bases de licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro básico institucional de instrumental vigente ¿SE ACEPTA?	no se acepta su propuesta
6	6	LA-050GYR006-E571-2022 Conv LPIBCT para SMI-2023 VF (1) Formatos SMI para PMI FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR. 4.2 Propuesta técnica.	DICE: Presentando el FORMATO T23 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" contenido en "Formatos de SMI para PMI" para su evaluación técnica en archivo digital EXCEL editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal. El no presentar Propuesta Técnica será causal de desechamiento.	se aclara que los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el numeral 4.2.6 y 4.2.7 de la convocatoria, en al que especifica que los equipos deberan tener una antigüedad no mayor a 4 años 0 meses de la fecha de fabricacion.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que para presentación del "FORMATO T23 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL", los diferentes licitantes deberán basarse en el mismo, pero con los datos o descripciones registrados en ANEXOS T2, T3, T4 y lo que resulte de la junta de aclaraciones o extensiones de la misma; tomando en cuenta que los anexos T2,T3 Y T4 cuentan con mayor información de lo registrado en el ANEXO T23. FAVOR DE ACLARAR.	
7	7	LA-050GYR006-E571-2022 Conv LPIBCT para SMI-2023 VF (1) 1.4. Vigencia de la prestación del servicio.	REFERENCIA: EN EL DOCUMENTO: "LA-050GYR006-E571-2022 Conv LPIBCT para SMI-2023 VF (1)", PÁGINA: 14 SE MENCIONA LO SIGUIENTE: EN VIRTUD DE QUE SOLICITAN EQUIPOS E INSTRUMENTAL NUEVOS, "Asimismo, deberá considerarse que el Plazo de la entrega del servicio/bien, se contará con un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la emisión y notificación del fallo para la instalación, puesta a punto de los equipos médicos y de 46 (cuarenta y seis) días naturales a partir de la notificación del fallo para el Instrumental y bienes de consumo básico y complementario que deberán entregarse de acuerdo a lo establecido en el presente documento, anexo técnico y demás formatos y anexos". PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE EN MUCHOS DE LOS CASOS LOS	no se acepta su propuesta

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			DIFERENTES PROVEEDORES DE SERVICIOS TENDREMOS QUE CONSIDERAR EQUIPAMIENTO NUEVO EN SU MAYORIA Y QUE LOS DIVERSOS FABRICANTES CUENTAN ACTUALMENTE CON UN TIEMPO DE ENTREGA MUCHO MAYOR AL SOLICITADO EN ESTAS BASES (45 DIAS NATURALES), ÁDEMAS, QUE LOS MISMOS SON MAQUILADOS Y ENSAMBLADOS EN EL CONTINENTE EUROPEO Y/O ASIÁTICO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITA CONSIDERAR COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA EL AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DEL "Paquete 2: Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo.", DE HASTA 90 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, ÚNICAMENTE DE LA SIGUIENTE UNIDAD MÉDICA: 17. UMAE HON CMN Siglo XXI Y ASI, NO COMPROMETER EL SERVICIO O LA OPERACIÓN. ¿SE ACEPTA?	
8	8	Términos y Condiciones de SMI para PMI 15. EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Página: 32 de 35 Dice: "3. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes observando para ello, lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio de puntos. Se verificará la descripción técnica del	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA PARTICIPE EN MÁS DE UNA PARTIDA DE UN MISMO PAQUETE, POR EJEMPLO: PARTIDAS 10, 11 Y 12 DEL PAQUETE 3: PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN DE OFTALMOLOGÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE FACILITAR LA CARGA Y DESCARGA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS EN EL SISTEMA COMPRANET, NOS PERMITA PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA TÉCNICA(REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS, CATÁLOGOS Y/O MANUALES), SEÑALANDO LAS PARTIDAS QUE OFERTEMOS DENTRO DE LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS T23, YA QUE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CADA PARTIDA SON LOS MISMOS (EQUIPO,	No se Acepta, favor de cargar toda la documentación solicitada, en la Plataforma de CompraNet se habilitaron más campos.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos, el instrumental y los bienes de consumo tanto básicos como complementarios que sean ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, en el que el licitante deberá puntualizar las Regiones en las que participa, los equipos, el instrumental y los bienes de consumo solicitados para la prestación del servicio, debidamente referenciados por Región y paquete solicitado, especificando las características y requisitos obligatorios señalados en los Anexos T2."Equipo médico de SMI para PMI", Anexo T3 "Instrumental de SMI para PMI", y Anexo T4."Cátalogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI" de la presente convocatoria. "	INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO) Y LO ÚNICO QUE PODRÍA VARIAR SERIA LA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿SE ACEPTA?	
9	9	LA-050GYR006-E571-2022 Conv LPIBCT para SMI-2023 VF (1)	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ARCHIVO QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES, PARA SU PROPUESTA, ES EL QUE SE ENCUENTRA EN FORMATO DE WORD CON NOMBRE: LA-050GYR006-E571-2022 Conv LPIBCT para SMI-2023 VF (1) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN 2 ARCHIVOS EN LA CONVOCATORIA, UNO EN FORMATO PDF CON 136 Y OTRO EN FORMATO WORD CON 141. POR LO QUE SE TOMARIA ESTE ULTIMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	En respuesta a su pregunta se informa que el archivo en pdf y el archivo en word contienen la misma información con la diferencia de que el archivo en word tiene 135 páginas y el archivo en pdf tiene 136 páginas, debido a que en el momento de imprimir se movió la pagina 78 ya que el ultimo párrafo de dicha página se movió a la página 79 quedando únicamente ese párrafo en esa página, ahora bien el que se debe tomar en cuenta para efecto de sustraer los anexos es el archivo en

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

				formato word.
10	10	LA-050GYR006-E571-2022 Conv LPIBCT para SMI-2023 VF (1) 1.4. Vigencia de la prestación del servicio.	REFERENCIA: EN EL DOCUMENTO: "LA-050GYR006-E571-2022 Conv LPIBCT para SMI-2023 VF (1)", PÁGINA: 14 SE MENCIONA LO SIGUIENTE: EN VIRTUD DE QUE SOLICITAN EQUIPOS E INSTRUMENTAL NUEVOS, "Asimismo, deberá considerarse que el Plazo de la entrega del servicio/bien, se contará con un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la emisión y notificación del fallo para la instalación, puesta a punto de los equipos médicos y de 46 (cuarenta y seis) días naturales a partir de la notificación del fallo para el Instrumental y bienes de consumo básico y complementario que deberán entregarse de acuerdo a lo establecido en el presente documento, anexo técnico y demás formatos y anexos". PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE EN MUCHOS DE LOS CASOS LOS DIFERENTES PROVEEDORES DE SERVICIOS TENDREMOS QUE CONSIDERAR EQUIPAMIENTO NUEVO EN SU MAYORIA Y QUE LOS DIVERSOS FABRICANTES CUENTAN ACTUALMENTE CON UN TIEMPO DE ENTREGA MUCHO MAYOR AL SOLICITADO EN ESTAS BASES (45 DIAS NATURALES), ÁDEMAS, QUE LOS MISMOS SON MAQUILADOS Y ENSAMBLADOS EN EL CONTINENTE EUROPEO Y/O ASIÁTICO.	no se acepta su propuesta

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITA CONSIDERAR COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA EL AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DEL "Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión.", DE HASTA 90 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LAS PARTIDAS Y OOAD/UMAE SIGUIENTES: 2. Guerrero 3. Morelos 14. UMAE HGO 4 San Angel Y ASI, NO COMPROMETER EL SERVICIO O LA OPERACIÓN. ¿SE ACEPTA?	
11	11	ANEXO T1 SMI para PMI (Hasta junio 2023)	REFERENCIA: EN LA CARPETA: "ANEXOS" ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ARCHIVO QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES, PARA SU PROPUESTA, DENTRO DE LA CARPETA INDICADA EN NUESTRA REFERENCIA, ES EL SIGUIENTE: ANEXO T1 SMI para PMI (Hasta junio 2023) DEBIDO A QUE EN ESTAS CARPETAS SE ENCUENTRAN DUPLICADOS ESTOS ARCHIVOS CON DIFERENTE INFORMACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	En respuesta a su pregunta se informa que efectivamente el anexo T1 se duplico pero contiene la misma información con la unica diferencia fue la actualización del consecutivo, asi mismo, se señala que el archivo que se debera tomar encuenta es el archivo "Anexo T1" actualizado con el numero de partidas, el cual se subira a la Plataforma de Compranet.
12	12	ANEXO T1 SMI para PMI (Hasta junio 2023)	HEMOS DE ENTENDER QUE LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA NO FORMARA PARTE DE NUESTRA PROPUESTA PARA ESTE PROCESO LICITATORIO:	es correcta su apreciacion

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			HGR 36 PUEBLA DEBIDO A QUE ESTÁ UNIDAD MÉDICA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INHABILITADA. FAVOR DE ACLARAR	
13	13	Copia de ANEXO T12 CATALOGO DE UNIDADES SMI PMI	HEMOS DE ENTENDER QUE LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA NO FORMARA PARTE DEL CONTRATO: **DELEGACIÓN:** VERACRUZ SUR **TIPO:** HGZMF **NÚMERO:** 32 **LOCALIDAD:**MINATITLÁN DEBIDO A QUE NO CUENTA CON DISTRIBUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN EL DOCUMENTO " ANEXO T1 SMI para PMI (Hasta junio 2023)" Y TAMPOCO CON DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL "Anexo T11 Guía de Distribución Equipo e Instrumental SMI de PMI Regiones" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciacion
14	14	ANEXO T1 SMI para PMI (Hasta junio 2023)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS QUE CORRESPONDE A CADA UNIDAD HOSPITALARIA DE ACUERDO A SUS ESPECIALIDADES MÉDICAS EN EL "ANEXO T1 SMI para PMI (Hasta junio 2023)" YA QUE EN EL "ANEXO T4 Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión" SÍ SE ENCUENTRAN REGISTRADOS DICHOS COMPLEMENTOS,	La distribucion de los bienes de consumo complementarios se basara en el Anexo T11 "Guia de Distribución Equipo-Instrumental SMI de PMI
15	15	Formato T23 Propuesta de Bienes de Consumo Básico (bcb)	EVALUACIÓN TÉCNICA	No se acepta, favor de apegarse a lo establecido en el Formato

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			COLUMNA: UBICACIÓN EXACTA (Folio o Página) DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO) SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DESGLOSAR LA COLUMNA A LA QUE HACEMOS REFERENCIA, COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA, EN TRES COLUMNAS; EN LAS CUÁLES SE REGISTRARÍAN LOS SIGUIENTES DATOS, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA UBICACIÓN Y VERIFIACIÓN DE LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DEL SERVICIO OFERTADO, CON BASE EN LOS ANEXOS T2, T3, T4 Y LO QUE RESULTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES O EXTENSIONES DE LA MISMA: "PROCEDIMIENTO" "id_bcb" "BIEN DE CONSUMO" ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	T23
16	16	ANEXO T1 SMI para PMI (Hasta junio 2023)	PAQUETE 1 PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DEL "ANEXO T1 SMI para PMI (Hasta junio 2023)": 10.01.002 Artroscopia de muñeca /codo/ tobillo sin implante. EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: -HESP 14 VERACRUZ -HGR 1 ORIZABA	No se acepta su petición, favor de apegarse al Anexo T1 y T11

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL "Anexo T11 Guía de Distribución Equipo e Instrumental SMI de PMI Regiones" NO SOLICITAN DISTRIBUCIÓN DEL SET DE INSTRUMENTAL PARA ESTAS UNIDADES MÉDICAS ¿SE ACEPTA?	
17	17	Formatos SMI para PMI	En caso de que mi representada participe en más de una partida dentro de una misma región, solicitamos amablemente a la convocante que con el fin de facilitar la carga y descarga de las propuestas técnicas en el sistema compranet, nos permita presentar una sola propuesta técnica (registros sanitarios, certificados, catálogos y/o manuales), indicando las partidas que ofertemos en el formato (FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TECNICO/ DOCUMENTAL) Ya que los requisitos solicitados en cada partida son los mismos (equipo, instrumental y bienes de consumo) y lo único que podría variar seria la propuesta económica. ¿se acepta?	No se acepta, debera presentar la documentacion requerida de acuerdo a las partidas en que desee participar.
18	18	4.1.6	Se solicita respetuosamente a esa H. Convocante se acepte la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" con fecha de hasta dos días antes de la fecha de presentación y apertura de proposiciones, ya que conforme al "ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único" publicado el en D.O.F. el 22 de septiembre de 2022, dicha opinión únicamente tiene vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada, por lo que para que esté vigente a la fecha de presentación y apertura de	En respuesta a su pregunta se informa que "No se Acepta" la opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social tiene una Vigencia durante el dia de la fecha en que haya sido generada, por lo que la opinion de cumplimiento debera ser de la fecha de presentación de la propuesta en la Plataforma de CompraNet.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			proposiciones sería necesario generarla ese día, lo cual se dificulta por las intermitencias que en ocasiones genera la plataforma. ¿Se acepta?.	
19	19	4.1.15, inciso a)	Se solicita respetuosamente a esa H. Convocante aclare si la carta de "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" podrá estar fechada hasta dos días antes de la fecha de presentación y apertura de proposiciones, ya que conforme al "ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único" publicado el en D.O.F. el 22 de septiembre de 2022, dicha opinión únicamente tiene vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada. Se solicita aclaración.	En respuesta a su pregunta se informa que la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social tiene una Vigencia durante el dia de la fecha en que haya sido generada, por lo que la opinion de cumplimiento debera ser de la fecha de presentación de la propuesta en la Plataforma de CompraNet.
20	20	4.2.2	Con relación a este punto, se solicita para equipo médico, instrumental y bienes de consumo lo siguiente: "Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS especificando claramente el número de registro sanitario a que pertenece el recibo". Al respecto, se solicita respetuosamente a esa H. Convocante que, a fin de no limitar la libre participación en el presente evento, se permita copia simple de acuse de recibo de trámite de prórroga del registro sanitario en el que se pueda identificar el titular del registro sanitario, ya que algunos acuses de recibo de trámite de prórroga no contienen el número del registro sanitario, siendo esto una situación completamente ajena a los proveedores, ya que COFEPRIS es la que fija y determina cuál es la información que contiene el referido acuse. ¿Se acepta?	No se acepta, favor de apegarse a lo señalado en el numeral 4.2.2 de las bases de la convocatoria.



2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

No. Consecutivo IMSS	Número Consecutivo	Numeral o punto específico del Anexo Técnico y/o Términos y Condiciones [4]	Pregunta	RESPUESTAS
21	1	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO Grupo Etario Adulto PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía. Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, consta de: Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía. Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, consta de: Equipo de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, a través del endoscopio. Electrocoagulador para endoscopía, con corte y coagulación regulados automáticamente en base a microprocesador No: 1.2.1	DICE: Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con dos salidas monopolares y una salida bipolar. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador O unidad de cirugía de alta frecuencia con dos salidas monopolares y una salida bipolar. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
22	2	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO Grupo Etario Adulto PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO	DICE: En el rango entre 23 hasta 55.5 Kilo Hertz.	se acepta solicitud; siendo opcional también para el resto de los solicitantes.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN 531.355.0013 Bisturí ultrasónico. Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 531.355.0013 Bisturí ultrasónico. Equipo quirúrgico de ultrasonido, para corte y coagulación, que dentro de las características más relevantes incluya: No: 1.3.3	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: En el rango entre 23 hasta 56 Kilo Hertz. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	
23	3	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO Grupo Etario Adulto PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía. No: 2.4.1	DICE: Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con dos salidas monopolares y una salida bipolar. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador O unidad de cirugía de alta frecuencia con dos salidas monopolares y una salida bipolar. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR	se acepta su solicitud, siendo opcional para el resto de los licitantes

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	
24	4	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO Grupo Etario Adulto PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón. No: 2.9.12.3	DICE: Sonda para aplicación endoscópica flexible con cable de conexión (con tres modos de salida según tecnología del fabricante), en el caso de ser desechable manifestarlo en su referenciación) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda para aplicación endoscópica flexible (con tres modos de salida según tecnología del fabricante), en el caso de ser desechable manifestarlo en su referenciación) YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
25	5	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO Grupo Etario Pediatría PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con	DICE: Sonda para aplicación endoscópica flexible con cable de conexión, según tecnologia del fabricante (con 3 modos de salida) PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		coagulación de argón. No: 2.9.12.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda para aplicación endoscópica flexible, según tecnologia del fabricante (con 3 modos de salida) YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	
26	6	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS Grupo Etario Adulto 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto. Grupo etario pediatría Paquete 1 accesos diagnóstico terapéuticos de mínima invasión pediátricos. Cirugía endoscópica de ong pediátrica. 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica. No. Prog: 7	DICE: Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Electrodo punta esférica o coagulación diámetro de 0.5 a 1.5 mm., y longitud 100 a 110 mm. O YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
27	7	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	DICE: Pinza bipolar en bayoneta.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Grupo etario pediatría Paquete 1 accesos diagnóstico terapéuticos de mínima invasión pediátricos. Cirugía endoscópica de ong pediátrica. 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica. No. Prog: 10	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Pinza bipolar en bayoneta desechable o reusable YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
28	8	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS BIENES COMPLEMENTARIOS CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO No Prog.: 19 Clave: 10.23.920	DICE: Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda de coagulación bipolar para hemostasia YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
29	9	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	DICE:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Grupo etario pediatría Paquete 1 accesos diagnóstico terapéuticos de mínima invasión pediátricos. Cirugía endoscópica de ong pediátrica. 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica. No. Prog: 7	Microaguja para equipo monopolar, con punta roma o diametro de la punta de 0.06 mm compatible con el equipo ofertado, desechable. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Microaguja para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable. O YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. eESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	de los solicitantes.
30	10	Anexo T2 Equipo Médico SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 531.584.0198 Litotriptor neumático. 1.5.3	DICE: Presión de trabajo de 2 Bar,de onda ultrasonica conforme a la tecnología del fabricante. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Presión de trabajo de 2 Bar,de onda ultrasonica o conforme a la tecnología del fabricante YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

			LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
31	11	Anexo T2 Equipo Médico SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 531.350.0133 Láser quirúrgico de Holmio. *Equipo Itinerante 1.6.8	DICE: Despliegue de pantalla de valor numérico de la energía liberada en el paciente, en caso de uso de fibras ópticas reusables el número de usos y el calibre de la misma. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Despliegue de pantalla de valor numérico de la energía liberada en el paciente, en caso de uso de fibras ópticas reusables el número de usos y el calibre de la misma o un sistema de identificación inteligente de acuerdo al fabricante. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
32	12	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión Set de Endoginecología, para los procedimientos: 10.03.001 Histeroscopía básica y 10.03.002 Histeroscopía operatoria. 2.3	DICE: Camisa interna que acepte asas y electrodos en el rango de 21 a 24 charr PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional también para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Camisa interna que acepte asas y electrodos en el rango de 19 a 24 charr. (compatible con la camisa ofertada según tecnología del fabricante) YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
33	13	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión Set de Endoginecología, para los procedimientos: 10.03.001 Histeroscopía básica y 10.03.002 Histeroscopía operatoria. 3.2	DICE: Con dos válvulas, una stop-cock y una válvula luer-lock. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Con dos válvulas, una stop-cock y una válvula luer-lock o dos stop-cock. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
34	14	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión Set de Endoginecología, para los procedimientos: 10.03.001 Histeroscopía básica y 10.03.002 Histeroscopía operatoria.	DICE: Camisa externa para flujo continuo. PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		3.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Camisa externa para flujo continuo o compatible con la óptica ofertada. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
35	15	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión Set de Endoginecología, para los procedimientos: 10.03.001 Histeroscopía básica y 10.03.002 Histeroscopía operatoria. 3.2	DICE: Pinzas de agarre tipo grasper, rotable y desmontable en tres componentes, de doble acción, de 5 mm de diámetro y 32 a 37 cm de longitud, reutilizable. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32. YA QUE LO SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, HACE REFERENCIA A UN ISNTRUMENTO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA; Y LO OFERTADO ES PARA CIRUGÍA ENDOGINECOLÓGICA, Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional también para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

36	16	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 1.3.2, 3.3.2, 3.5.2 ENDOURO 1 ENDOURO 2 ENDOURO 3 ENDOURO 4 ENDOURO 5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR DE LA SIGUIENTE MANERA: Canal de trabajo mínimo de 4 fr. O Charr y canal de irrigación. YA QUE LA LITERATURA DEL FABRICANTE CON EL QUE MI REPRESENTADA PARTICIPA NO ESPECIFÍCA LA MEDIDA DEL CANAL DE IRRIGACIÓN. SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD PARA LA QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
37	17	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión Set de Endourología 2, para el procedimiento: 10.04.019 Litotricia vesical adulto. Set de Endourología 3, para el procedimiento: 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto.	DICE: Juego de dilatadores ureterales. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Juego de dilatadores uretrales tipo Van Buren YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	no se acepta solicitud dado que se hace mención a dilatadores ureterales para endourología y no para uretrales que no corresponden al mismo uso o funcion.
38	18	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión	DICE:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Set de Endourología 3, para el procedimiento: 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. Set de Endourología 4, para el procedimiento: 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto. (láser) 4	Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR DE LA SIGUIENTE MANERA: Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr o canal de alto flujo. YA QUE LA LITERATURA DEL FABRICANTE CON EL QUE MI REPRESENTADA PARTICIPA SE REFIERE A ESTA CARACTERÍSTICA CON OTRO TÉRMINO. SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD PARA LA QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	de los solicitantes.
39	19	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión Set de Endourología 5, para el procedimiento: 10.04.016 Litotricia percutánea. 1.1	DICE: Telescopio o sistema óptico de diámetro menor a 7 mm o 22 Fr. Dirección visual de 0° a 30°. Ocular angulado o lateral. Canal de trabajo de 3.5 mm. Autoclavable. Longitud en el rango de 19 a 25 cm. PREGUNTA:	no se acepta por no contar con información en cuanto al sistema óptico o telescopio ofertado en cuanto a su diámetro pudiendo no ser funcional.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Telescopio o sistema óptico. Dirección visual de 0° a 30°. Ocular angulado o lateral. Canal de trabajo de 3.5 a 4.9 mm. Autoclavable. Longitud en el rango de 19 a 25 cm. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
40	20	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión Set de Endourología 5, para el procedimiento: 10.04.016 Litotricia percutánea. 1.2	DICE: Camisas o vainas de flujo continuo, diámetro de 19.5 a 27 Fr o Charr mínimo, rotatorio, conexión luer-lock, con obturador con lumen y dilatador de fascia, compatible con el nefroscópio percutáneo. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Camisas o vainas de flujo continuo, diámetro de 19.5 a 27 Fr o Charr mínimo, rotatorio, conexión luer-lock, con obturador con lumen y dilatador de fascia o standard, compatible con el nefroscópio percutáneo. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
41	21	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión Set de Endourología 2, para el procedimiento 10.04.119 Litotricia vesical pediátrica. Set de Endourología pediátrica 3, para el procedimiento: 10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica.	DICE: Minicistouretroscopio de 7 fr,X 10 cms 9 fr. X 20 cms 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Minicistouretroscopio de 7 fr,X 10 A 12 cms O 9 fr X 20 cms O 16 fr X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
42	22	Anexo T3 Instrumental SMI de Procedimientos de Mínima Invasión Set de Endourología pediátrica 7, para el procedimiento: 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica.	DICE: Camisa o vaina (incluir obturador) Externa de 7 fr. o Charr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Camisa o vaina (incluir obturador) Externa desde 7 fr a 8.5fr o Charr.	se acepta solicitud; siendo opcional también para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
43	23	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.015 Uretrotomía interna adulto. 2 10.03.002 Histeroscopía operatoria. 3 10.03.001 Histeroscopía básica. 3 10.04.001 Cistoscopia adulto. 1 10.04.011 Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. 4 10.04.016 Litotricia percutánea. 1 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. 2 10.04.019 Litotricia vesical adulto. 2 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 3 10.04.101 Cistoscopia pediátrica. 1 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica. 1 10.04.117 Litotricia pielocalicial. 3 10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica. 3 10.04.119. Litotricia vesical pediátrica. 3	DICE: Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Disco CD o DVD o almacenamiento USB o disco duro para cubrir el evento, según el equipo ofertado. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
44	24	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.011 Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. 5	DICE: Sonda para drenaje urinario, de permanencia prolongada, de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 30 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley tres vías. Calibres: 20 O 22 O 24 fr. PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda para drenaje urinario, de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 30 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley tres vías. Calibres: 20 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
45	25	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.015 Uretrotomía interna adulto. 10.04.016 Litotricia percutánea. 4 10.04.019 Litotricia vesical adulto. 3	DICE: Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 O 18 O 20 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 O 18 O 20 fr. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
46	26	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.016 Litotricia percutánea. 10	DICE: Sonda para drenaje urinario, de permanencia prolongada, de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley de dos Calibres: 20 O 22 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda para drenaje urinario, de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley de dos Calibres: 20 O 22 FR. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
47	27	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. 4 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 8	DICE: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral. longitud. 24 cm calibre. 5 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 5 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud. O PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. 9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía, longitud. 24 cm calibre. 5 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 5 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud. Ó compatible con catéter ofertado. O YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
48	28	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. 4 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 8	DICE: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral. longitud. 26 cm calibre. 5 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 5 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía. longitud. 26 cm calibre. 5 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 5 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud. Ó compatible con catéter ofertado. O YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
49	29	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. 4 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 8	DICE: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral. longitud. 24 cm calibre. 6 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 6 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía. longitud. 24 cm calibre. 6 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 6 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud Ó compatible con catéter ofertado. O YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
50	30	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. 4 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser).	DICE: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral. longitud. 24 cm calibre. 7 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 7 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud O PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía. longitud. 24 cm calibre. 7 fr catéter ureteral de poliuretano. longitud.70 cm calibre 7 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud Ó compatible con catéter ofertado. O YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
51	31	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. 4 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 8	DICE: Set o Equipo de catéteres ureterales radiopaco doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral, longitud. 26 cm calibre. 7 fr catéter ureteral de poliuretano longitud. 70 cm calibre. 7 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set o Equipo de catéteres ureterales radiopaco doble "j", consta de: guía. longitud. 26 cm calibre. 7 fr catéter ureteral de poliuretano longitud. 70 cm calibre. 7 fr posicionador, radiopaco de 50 cm de longitud Ó compatible con catéter ofertado. O	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
52	32	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 6 10.04.117 Litotricia pielocalicial. 10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica. 10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica. 5	DICE: Canastilla de dormia de nitinol de 3 fr. X 115 a 120 cm., de longitud y diámetro de canasta de 1 cm., 4 alambres. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Canastilla de dormia de nitinol de 3 fr. X 115 a 120 cm., de longitud y diámetro de canasta de 1 a 1.6 cm., 4 alambres. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
53	33	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 6 10.04.117 Litotricia pielocalicial.	DICE: Camisa de acceso ureteral de doble lumen de 35 a 45 cm., de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		6 10.04.913	Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm., de longitud. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
54	34	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 10	DICE: Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 3 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 18 a 22 fr. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 18 a 22 fr. O YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
55	35	Anexo T4 Bienes de Consumo y	PARA ESTE PROCEDIMIENTO ES NECESARIA LA MANGUERA	si se defe ofertar; siendo

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.021 Cistoscopia para retiro de catéter Doble J	DE IRRIGACION/ ASPIRACION, LONGITUD DE 250 CM, ESTERIL, FAVOR DE ACLARAR SI HABRA QUE OFERTARLA?	opcional tambien para el resto de los solicitantes.
56	36	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.021 Cistoscopia para retiro de catéter Doble J	PARA ESTE PROCEDIMIENTO ES NECESARIA UNA "Pinza para retiro de catéter Doble J"., FAVOR DE ACLARAR SI HABRA QUE OFERTARLA?	si se debe ofertar; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
57	37	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. 9	DICE: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral, longitud de 24 cm., catéter ureteral de poliuretano 4.7 fr. o mayor , longitud de 70 cm., posicionador de 4.7 fr. o mayor, de 50 cm., de longitud. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía metálica. longitud de 24 cm., catéter ureteral de poliuretano 4.7 a 5fr. o mayor , longitud de 70 cm., posicionador de 4.7 fr. o mayor, de 50 cm., de longitud. O comatible con catéter ofertado Ó YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿SE ACEPTA?	
58	38	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. 9	DICE: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral, longitud de 24 cm., catéter ureteral de poliuretano 5 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 5 fr., de 50 cm., de longitud. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía. longitud de 24 cm., catéter ureteral de poliuretano 5 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 5 fr., de 50 cm., de longitud. O compatible con catéter ofertado Ó YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
59	39	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. 9	DICE: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral, longitud de 26 cm., catéter ureteral de poliuretano 5 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 5 fr., de 50 cm., de longitud. O	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía. longitud de 26 cm., catéter ureteral de poliuretano 5 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 5 fr., de 50 cm., de longitud. O compatible con catéter ofertado Ó YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
60	40	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. 9	DICE: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral, longitud de 24 cm., catéter ureteral de poliuretano 7 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 7 fr., de 50 cm., de longitud. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía. longitud de 24 cm., catéter ureteral de poliuretano 7 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 7 fr., de 50 cm., de longitud. O compatible con catéter ofertado Ó	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
61	41	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. 9	DICE: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral, longitud de 26 cm., catéter ureteral de poliuretano 7 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 7 fr., de 50 cm., de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set O equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía. longitud de 26 cm., catéter ureteral de poliuretano 7 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 7 fr., de 50 cm., de longitud ó compatible con catéter ofertado YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
62	42	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión	DICE: Sonda para drenaje urinario, de permanencia prolongada, de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 mm.,	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.06.047 Prostatectomía laparoscópica. 10	con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías: Calibres: 18 O 20 O 22 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 mm., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías: Calibres: 18 O 20 O 22 fr. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
63	43	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.06.060 Pieloplastía adulto. 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. 9	DICE: Set ó equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral, longitud de 24 a 26 cm., catéter ureteral de poliuretano 4.7 fr. a 7 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 4.7 fr. a 7 fr., de 50 cm., de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set ó equipo de catéteres ureterales doble "J", radiopaco, consta de: guía. longitud de 24 a 26 cm., catéter ureteral de	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			poliuretano 4.7 fr. a 7 fr., longitud de 70 cm., posicionador de 4.7 fr. a 7 fr., de 50 cm., de longitud ó compatible con catéter ofertado. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
64	44	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.101 Cistoscopia pediátrica. 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica. 3	DICE: Manguera en Y con control de goteo. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Manguera en Y con control de goteo. ó Manguera para irrigación/aspiración, longitud de 250 cm., o mayor, estéril. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
65	45	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica. 5	DICE: Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 y 16 fr.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.04.117 Litotricia pielocalicial. 8 10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica. 7 10.04.119. Litotricia vesical pediátrica. 5 10.06.160 Pieloplastía pediátrica. 8 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 10 10.06. 161 Reimplante uretero vesical laparoscópico pediátrico. 7 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 10	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 y 16 fr. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
66	46	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.119. Litotricia vesical pediátrica. 4	DICE: Canastilla de dormia de nitinol de 4 fr. X 65 a 70 cm., de longitud, de 4 alambres. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, de 4 alambres. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿SE ACEPTA?	
67	47	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.119. Litotricia vesical pediátrica. 5	DICE: Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 3 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 8, 10, 12 fr. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón ó látex, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 8, 10, 12 fr. O YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
68	48	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica. 5 10.04.117 Litotricia pielocalicial. 8	DICE: Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 6, 8, 10, 12 fr. O PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica. 7 10.06.160 Pieloplastía pediátrica. 8 10.06. 161 Reimplante uretero vesical laparoscópico pediátrico. 7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón ó látex, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 8, 10, 12 fr. O YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
69	49	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.904	DICE: Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
70	50	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.906	DICE: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía metálica de alambre afinado en espiral. longitud. 24 cm calibre. 5 fr catéter ureteral de poliuretano. Radiopaco. Con pocisionador. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía. longitud. 24 cm calibre. 5 fr catéter ureteral de poliuretano. Radiopaco. Con pocisionador. O YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
71	51	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.912	DICE: Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 fr. X 10 cm., incluye sistema de inflado. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm. X 10 cm., incluye sistema de inflado. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
72	52	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.913	DICE: Camisa de acceso ureteral de doble lumen, de 35 cm., de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm., de longitud. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
73	53	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión	DICE: Dilatador ureteral de balón de 3.8 fr. X 10 cm., ó 4 fr. X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 4 fr X 4 cm de longitud de balón.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

		10.04.915	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Dilatador ureteral de balón de 3.8 mm. X 10 cm., ó 4 mm. X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 4 mm X 4 cm de longitud de balón. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
74	54	Anexo T4 Bienes de Consumo y Complementarios SMI de Procedimientos de Mínima Invasión 10.04.926	DICE: Catéter tipo open-end ureteral 3Fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4Fr. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
75	55	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO	DICE: 2.1.4.2 LÁMPARA DE EMERGENCIA DE ACUERDO A	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO SCCB TORRE BÁSICA DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: CARRO TRANSPORTADOR, UN VIDEOGASTROSCOPIO Y UN VIDEOCOLONOSCOPIO Y UN ELECTROCOAGULADOR BÁSICO. 2.1.4 FUENTE DE ILUMINACIÓN	TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.1.4.2 LÁMPARA DE EMERGENCIA DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (OPCIONAL) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	de los solicitantes.
76	56	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO SCCB TORRE BÁSICA DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: CARRO TRANSPORTADOR, UN VIDEOGASTROSCOPIO Y UN VIDEOCOLONOSCOPIO Y UN ELECTROCOAGULADOR BÁSICO. 2.1.4 FUENTE DE ILUMINACIÓN	DICE: 2.1.4.5 INDICADOR DE VIDA DE LÁMPARA SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.1.4.5 INDICADOR DE VIDA DE LÁMPARA SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (OPCIONAL) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
77	57	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 2.2 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	DICE: 2.2.2 DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MAYOR 2.8 MM. (ANTES 3MM) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			2.2.2 DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO 2.8 MM. O MAYOR Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
78	58	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.5 TORRE DE VISUALIZACIÓN E NDOSCÓPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO, UN VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO Y UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN. 2.5.3 Procesador digital de video para endoscopia:	DICE: 2.5.3.4.Balance de blancos. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.5.3.4 Balance de blancos. (Opcional de acuerdo a tecnología del fabricante) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
79	59	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.5 TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO	DICE: 2.5.4.1 LÁMPARA XENÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.5.4.1 LÁMPARA XENÓN O LED Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		ADULTO QUE INCLUYE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO, UN VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO Y UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN. 2.5.4 FUENTE DE LUZ '	¿SE ACEPTA?	
80	60	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.5 TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO, UN VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO Y UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN. 2.5.4 FUENTE DE LUZ	DICE: 2.5.4.2 INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.5.4.2 INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR. (OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
81	61	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.5	DICE: 2.5.4.5 CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE XENÓN O HALÓGENO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO, UN VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO Y UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN. 2.5.4 FUENTE DE LUZ	2.5.4.5 CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE XENÓN O HALÓGENO O LED DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE (OPCIONAL). Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
82	62	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 2.6 531.447.0120 Videogastroscopio con las siguientes características:	DICE: 2.6.2 Diámetro del canal de trabajo mayor 2.8 mm . PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.6.2 Diámetro del canal de trabajo igual o mayor a 2.8 mm . Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
83	63	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 2.6 531.447.0120 Videogastroscopio con las siguientes características:	DICE: 2.6.12 Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.6.12 Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta. O longitud de onda en el videoendoscopio o en el videoprocesador (según tecnología del fabricante)	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
84	64	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 2.7 531.217.0235 Videocolonoscopio con las siguientes características:	DICE: 2.7.12 Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta o Función de Banda Angosta o Función de Banda Angosta PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.7.12 Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta en el videoendoscopio o en el videoprocesador (según tecnología del fabricante) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
85	65	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.8 531.316.0094 VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ENDOSCOPIO CON PORCIÓN FLEXIBLE QUE ES USADO PARA LA EXAMEN VISUAL Y TRATAMIENTO DEL ÁMPULA DE VÁTER EN EL DUODENO QUE TRANSMITE IMÁGENES AL USUARIO POR	DICE: 2.8.4 CAMPO DE VISIÓN DE 98°Ó MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.8.4 CAMPO DE VISIÓN DE 95°Ó MAYOR. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		MEDIO DEL UN MONITOR UTILIZANDO UN SISTEMA DE VIDEO CCD PARA TORRE DE ENDOSCOPIA BÁSICA.		
86	66	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.10 531.923.0321 Ultrasonido endoscópico *Equipo Itinerante	DICE: 2.10.8.1 Arriba en el rango de 130° a 180° / abajo: en el rango de 60° a 90°. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.10.8.1 Arriba en el rango de 130° a 190° / abajo: en el rango de 60° a 90°. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
87	67	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.10 531.923.0321 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO 2.10.10 GASTROVIDEOENDOSCOPIO ULTRASÓNICO LINEAL:	DICE: 2.10.10.1 De visión lateral u oblicua con balón incluido. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.10.10.1 DE VISIÓN LATERAL U OBLICUA COMPATIBLE CON BALÓN ENDOSCÓPICO DE ULTRASONIDO. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
88	68	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO	DICE: 2.10.11.4 RANGO DE ESCANEO DE ENTRE 110° A 180°.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.10 531.923.0321 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO 2.10.10 GASTROVIDEOENDOSCOPIO ULTRASÓNICO LINEAL:	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.10.11.4 RANGO DE ESCANEO O ÁNGULO DE EXPLORACIÓN DE ENTRE 110° A 180°. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
89	69	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.11 SCCB TORRE PARA ENDOSCOPÍA AVANZADA DE APARATO RESPIRATORIO ADULTO, QUE INCLUYE: TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA Y UN BRONCOSCOPIO.	DICE: 2.11.3.3 BALANCE DE BLANCOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.11.3.3 BALANCE DE BLANCOS. (OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
90	70	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.11 SCCB TORRE PARA ENDOSCOPÍA AVANZADA DE APARATO RESPIRATORIO ADULTO, QUE INCLUYE: TORRE DE VISUALIZACIÓN	DICE: 2.11.4.2 LAMPARA DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.11.4.2 LAMPARA DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (OPCIONAL)	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		ENDOSCÓPICA Y UN BRONCOSCOPIO.	Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
91	71	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.11 SCCB TORRE PARA ENDOSCOPÍA AVANZADA DE APARATO RESPIRATORIO ADULTO, QUE INCLUYE: TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA Y UN BRONCOSCOPIO.	DICE: 2.11.4.5 INDICADOR DE VIDA DE LÁMPARA SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.11.4.5 INDICADOR DE VIDA DE LÁMPARA SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. (OPCIONAL) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
92	72	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.12 531.146.1544 Videobroncoscopio.	DICE: 2.12.1 Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 3.9 hasta 6.2 mm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.12.1 Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 3.9 hasta 6.3 mm. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
93	73	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO	DICE: 2.13.5 RANGO DE OBSERVACIÓN EN EL RANGO DE 3 - 100	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.13 SCCB ENTEROSCOPIO ASISTIDO CON BALÓN	MM. O DE 5 – 100 MM. COMO MÍNIMO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.13.5 RANGO DE OBSERVACIÓN EN EL RANGO DE 3 A 100 MM. O DE 2 A 100 MM. COMO MÍNIMO. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	de los solicitantes.
94	74	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.13 SCCB ENTEROSCOPIO ASISTIDO CON BALÓN ENTEROSCOPIO DE UNO O DOS BALONES: EQUIPO PARA ENTEROSCOPÍA DE UNO O DOS BALONES, UTILIZADO PARA LA OBSERVACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL INTESTINO DELGADO.	DICE: 2.13.8 PRESIÓN DE BALÓN DE 5.4 KPA +/- 2.6 KPA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.13.8 PRESIÓN DE BALÓN DE 5.4 A 5.6 KPA +/- 2 A 2.6 KPA. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
95	75	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO NUMERAL 2.13 SCCB ENTEROSCOPIO ASISTIDO CON BALÓN	DICE: 2.13.10 Sobretubo de 1400 mm con balón incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		ENTEROSCOPIO DE UNO O DOS BALONES: EQUIPO PARA ENTEROSCOPÍA DE UNO O DOS BALONES, UTILIZADO PARA LA OBSERVACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL INTESTINO DELGADO.	2.13.10 Sobretubo de 1400 mm o mayor con balón incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
96	76	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 4 CAPSULA ENDOSCOPICA NUMERAL 4.1 531.316.0102 Equipo de cápsula endoscópica para visualización del tracto digestivo. Capaz de interactuar con cápsulas de esófago, intestino delgado y/o de colon, que dentro de las características más relevantes, incluya: *Equipo Itinerante	DICE: 4.1.1 Sistema de cápsula endoscópica en diagnósticos del esófago, intestino delgado y/o colon, toma de imágenes del tracto gastrointestinal y transmite los datos de imagen mediante transmisión por radio. Consta de: cápsula endoscópica, unidad de grabación, el visor a tiempo real y la estación de trabajo. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.1.1 Sistema de cápsula endoscópica en diagnósticos del esófago, intestino delgado y/o colon, toma de imágenes del tracto gastrointestinal y transmite los datos de imagen (segun tecnología del fabricante) . Consta de: cápsula endoscópica, unidad de grabación, el visor a tiempo real y la estación de trabajo. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
97	77	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS	DICE: 5.1.4.4 CORRELACIÓN DE SÍNTOMAS DE REFLUJO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		NUMERAL 5.1 537.336.0212 GRABADOR DE PH CON IMPEDANCIA ESOFÁGICO 24 HRS. EQUIPO DE MEDICIÓN DE PH-METERÍA CON IMPEDANCIA AMBULATORIA DE 24 HRS. PARA ESÓFAGO QUE DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES INCLUYA:	5.1.4.4 CORRELACIÓN DE SÍNTOMAS DE REFLUJO O IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE EPISODIOS DE REFLUJO. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
98	78	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS NUMERAL 5.1 537.336.0212 GRABADOR DE PH CON IMPEDANCIA ESOFÁGICO 24 HRS. EQUIPO DE MEDICIÓN DE PH-METERÍA CON IMPEDANCIA AMBULATORIA DE 24 HRS. PARA ESÓFAGO QUE DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES INCLUYA:	DICE: 5.1.5 Incluye catéter de antimonio para Phmetría esofágica reusable, de acuerdo a tecnología ofertada con soluciones búfer y catéteres convencionales de uno o dos sensores con medición de impedancia PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.1.5 Incluye tipo de sensor o catéter de antimonio de Phmetría esofágica reusable o desechable, de acuerdo a tecnología ofertada con soluciones búfer, de uno o dos sensores. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
99	79	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS NUMERAL 5.2	DICE: EQUIPO PARA MEDIR LA MOTILIDAD DEL TRACTO DIGESTIVO ALTO (ESÓFAGO) Y BAJO (RECTO) A TRAVÉS DE UN CATÉTER DE ESTADO SÓLIDO DE 32 SENSORES PARA ESÓFAGO Y OTRO CATÉTER DE 8 SENSORES PARA ANORRECTO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS: PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO PARA MEDIR LA MOTILIDAD DEL TRACTO DIGESTIVO ALTO (ESÓFAGO) Y BAJO (RECTO) A TRAVÉS DE UN CATÉTER DE ESTADO SÓLIDO DE 32 SENSORES MÍNIMO PARA ESÓFAGO Y OTRO CATÉTER DE 8 SENSORES PARA ANORRECTO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS: Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
100	80	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS NUMERAL 5.2.3.4	DICE: CAPACIDAD DE DETECTAR EL PUNTO DE INVERSIÓN RESPIRATORIA EN FORMA GRÁFICA. (IRP). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: CAPACIDAD DE DETECTAR EL PUNTO DE INVERSIÓN RESPIRATORIA EN FORMA GRÁFICA. (IRP O PIR). Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
101	81	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS NUMERAL 5.2.5.5	DICE: MODEM INTEGRADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			MODEM INTEGRADO. (OPCIONAL SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
102	82	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.5 SCCB TORRE DE ALTA ESPECIALIDAD PARA ENDOSCOPÍA PEDIÁTRICA DE TUBO DIGESTIVO QUE INCLUYE: TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA QUE CONSTA DE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEODUODENOSCOPIO, UN VIDEOGASTROSCOPIO NEONATAL, UN VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIÁTRICO Y ELECTRO COAGULADOR DE ARGÓN. 2.5.3 PROCESADOR DIGITAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA:	DICE: 2.5.3.4 BALANCE DE BLANCOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.5.3.4 BALANCE DE BLANCOS. (OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
103	83	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.5	DICE: 2.5.4.2 INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA DEL PROCESADOR (PARA XENÓN) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		SCCB TORRE DE ALTA ESPECIALIDAD PARA ENDOSCOPÍA PEDIÁTRICA DE TUBO DIGESTIVO QUE INCLUYE: TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA QUE CONSTA DE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEODUODENOSCOPIO, UN VIDEOGASTROSCOPIO NEONATAL, UN VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIÁTRICO Y ELECTRO COAGULADOR DE ARGÓN. 2.5.4 FUENTE DE LUZ	2.5.4.2 INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR. (OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
104	84	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.5 SCCB TORRE DE ALTA ESPECIALIDAD PARA ENDOSCOPÍA PEDIÁTRICA DE TUBO DIGESTIVO QUE INCLUYE: TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA QUE CONSTA DE: UN VIDEOGASTROCOPIO, UN VIDEODUODENOSCOPIO, UN VIDEOGASTROSCOPIO NEONATAL, UN VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIÁTRICO Y ELECTRO COAGULADOR DE ARGÓN. 2.5.4 FUENTE DE LUZ	DICE: 2.5.4.5 CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE XENÓN O HALÓGENO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.5.4.5 CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE XENÓN O HALÓGENO O LED DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE (OPCIONAL) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para ei resto de los solicitantes.
105	85	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA.	DICE: 2.6.12 Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta o Función de Banda Angosta. PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		NUMERAL 2.6 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.6.12 CON FUNCIÓN DE CROMOENDOSCOPIA DIGITAL O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA EN EL VIDEOENDOSCOPIO O EN EL VIDEOPROCESADOR (SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
106	86	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.14 SCCB VIDEOGASTROSCOPIO NEONATAL.	DICE: 2.14.1.3 Diámetro externo del tubo de inserción de 5.5 a 5.9 mm., como máximo. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.14.1.3 Diámetro externo del tubo de inserción de 5.4 a 5.9 mm., como máximo. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
107	87	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.15 SCCB Videogastroscopio pediátrico.	DICE: 2.15.2.3 Diámetro externo del tubo de inserción en el rango de 5.4 a 8.8 mm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.15.2.3 Diámetro externo del tubo de inserción en el rango de	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			5.4 a 9.0 mm. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
108	88	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.16 SCCB VIDEODUODENOSCOPIO ESTÁNDAR TERAPÉUTICO.	DICE: 2.16.2.3 CAMPO DE VISIÓN DE 98°Ó MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.16.2.3 CAMPO DE VISIÓN DE 95°Ó MAYOR. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
109	89	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.17 531.217.0243 Videocolonoscopio pediátrico.	DICE: 2.17.1.1 Diámetro del canal de trabajo de 3.2 mm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.17.1.1 Diámetro del canal de trabajo de 3.2 mm a 3.8mm. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
110	90	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO	DICE: 2.17.3.3 CON CHIP CCD A COLOR (Ó CON CHIP DE MEMORIA INTERNA) CON RESOLUCIÓN DE 410,000 PIXELES O MAYOR,	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.17 531.217.0243 VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIÁTRICO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.17.3.3 CON CHIP CCD A COLOR (Ó CON CHIP DE MEMORIA INTERNA) CON RESOLUCIÓN DE 410,000 PIXELES O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
111	91	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.5	DICE: SCCB Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: SCCB Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 a 3.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 a 5.2 mm) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
112	92	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA.	DICE: 2.5.3.4 BALANCE DE BLANCOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		NUMERAL 2.5.3 PROCESADOR DIGITAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA:	PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.5.3.4 BALANCE DE BLANCOS. (OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
113	93	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.5.4 FUENTE DE LUZ:	DICE: 2.5.4.1 LÁMPARA XENÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.5.4.1 LÁMPARA XENÓN O LED Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
114	94	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.5.4 FUENTE DE LUZ:	DICE: 2.5.4.2 INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.5.4.2 INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR. (OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

			¿SE ACEPTA?	
115	95	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.5.4 FUENTE DE LUZ:	DICE: 2.5.4.5 Con lámpara de emergencia de xenón. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.5.4.5 Con lámpara de emergencia de xenón O LED (OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
116	96	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18	DICE: SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con videoprocesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con videoprocesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 a 3.8 mm. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿SE ACEPTA?	
117	97	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.19 SCCB Videobroncoscopio pediátrico. Equipo computarizado, con videoprocesador de imágenes de alta definición, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro en el rango de 3.4 a 3.8	DICE: 2.19.2.4 Con profundidad en el campo de observación menor o igual 3 mm. a 50 mm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.19.2.4 Con profundidad en el campo de observación menor o igual 3 mm. a 50 mm O 100MM. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
118	98	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.19 SCCB Videobroncoscopio pediátrico. Equipo computarizado, con videoprocesador de imágenes de alta definición, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro en el rango de 3.4 a 3.8	DICE: 2.19.3.3 Con Chip CCD a color o resolución de 410,000 pixeles o mayor. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2.19.3.3 Con Chip CCD a color o resolución de 410,000 pixeles o mayor O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
119	99	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA	DICE: Un broncoscopio con diámetro en el rango de 4.9 mm.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los soiicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.20 SCCB Videobroncoscopio: Equipo computarizado, con videoprocesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas:	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Un broncoscopio con diámetro en el rango de 4.9 mm a 5.2mm. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
120	100	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 4 CAPSULA ENDOSCOPICA PEDIATRICA NUMERAL 4.1 531.316.0102 Equipo de cápsula endoscópica para visualización del tracto digestivo. Capaz de interactuar con cápsulas de esófago, intestino delgado y/o de colon, que dentro de las características más relevantes, incluya: *Equipo Itinerante	DICE: 4.1.1 Sistema de cápsula endoscópica en diagnósticos del esófago, intestino delgado y/o colon, toma de imágenes del tracto gastrointestinal y transmite los datos de imagen mediante transmisión por radio. Consta de: cápsula endoscópica, unidad de grabación, el visor a tiempo real y la estación de trabajo. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4.1.1 Sistema de cápsula endoscópica en diagnósticos del esófago, intestino delgado y/o colon, toma de imágenes del tracto gastrointestinal y transmite los datos de imagen (segun tecnología del fabricante) . Consta de: cápsula endoscópica, unidad de grabación, el visor a tiempo real y la estación de trabajo. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
121	101	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO	DICE: 5.1.4.4 CORRELACIÓN DE SÍNTOMAS DE REFLUJO	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		GRUPO ETARIO PEDIATRIA PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS NUMERAL 5.1 537.336.0212 GRABADOR DE PH CON IMPEDANCIA ESOFÁGICO 24 HRS. EQUIPO DE MEDICIÓN DE PH-METERÍA CON IMPEDANCIA AMBULATORIA DE 24 HRS. PARA ESÓFAGO QUE DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES INCLUYA:	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.1.4.4 CORRELACIÓN DE SÍNTOMAS DE REFLUJO O IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE EPISODIOS DE REFLUJO. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	de los solicitantes.
122	102	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRIA PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS NUMERAL 5.1 537.336.0212 GRABADOR DE PH CON IMPEDANCIA ESOFÁGICO 24 HRS. EQUIPO DE MEDICIÓN DE PH-METERÍA CON IMPEDANCIA AMBULATORIA DE 24 HRS. PARA ESÓFAGO QUE DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES INCLUYA:	DICE: 5.1.5 Incluye catéter de antimonio para Phmetría esofágica reusable, de acuerdo a tecnología ofertada con soluciones búfer y catéteres convencionales de uno o dos sensores con medición de impedancia PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5.1.5 Incluye tipo de sensor o catéter de antimonio de Phmetría esofágica reusable o desechable, de acuerdo a tecnología ofertada con soluciones búfer, de uno o dos sensores. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
123	103	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS	DICE: EQUIPO PARA MEDIR LA MOTILIDAD DEL TRACTO DIGESTIVO ALTO (ESÓFAGO) Y BAJO (RECTO) A TRAVÉS DE UN CATÉTER DE ESTADO SÓLIDO DE 32 SENSORES PARA ESÓFAGO Y OTRO CATÉTER DE 8 SENSORES PARA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		NUMERAL 5.2	ANORRECTO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO PARA MEDIR LA MOTILIDAD DEL TRACTO DIGESTIVO ALTO (ESÓFAGO) Y BAJO (RECTO) A TRAVÉS DE UN CATÉTER DE ESTADO SÓLIDO DE 32 SENSORES MÍNIMO PARA ESÓFAGO Y OTRO CATÉTER DE 8 SENSORES PARA ANORRECTO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS: Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
124	104	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS NUMERAL 5.2.3.4	DICE: CAPACIDAD DE DETECTAR EL PUNTO DE INVERSIÓN RESPIRATORIA EN FORMA GRÁFICA. (IRP). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: CAPACIDAD DE DETECTAR EL PUNTO DE INVERSIÓN RESPIRATORIA EN FORMA GRÁFICA. (IRP O PIR). Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
125	105	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO GRUPO ETARIO PEDIATRÍA	DICE: MODEM INTEGRADO.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS NUMERAL 5.2.5.5	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: MODEM INTEGRADO. (OPCIONAL SEGÚN TEGNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE) Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
126	106	ANEXO T.3 : Catálogo de Sets Instrumental GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO ADULTO. Endo Dig 1 Set de Endoscopia tubo digestivo 1, para los procedimientos: 10.22.002 Colonoscopia con toma de biopsia adulto, 10.22.003 Enteroscopia, 10.22.006 Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto, 10.23.001 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales adulto, 10.23.002 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales esofágicas adulto, 10.23.003 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales gastrointestinales adulto, 10.23.004 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática , con toma de biopsia y cepillado	DICE: Pinza para extracción de cuerpo extraño trípode. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Pinza para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		adulto, 10.23.007 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar, 10.23.008 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto, 10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto, 10.23.010 Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja, 10.23.013 Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto, 10.23.015 Gastrostomía endoscópica adulto, 10.23.020 Mucosectomía endoscópica de tubo digestivo, 10.23.022 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto, 10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja, 10.23.024 Colangiografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto y 10.23.025 Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático. NO. 6		
127	107	ANEXO T.3 : Catálogo de Sets Instrumental GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PEDIÁTRICA. Endo Dig 4 Set de Endoscopía tubo digestivo pediátrico 4, para los procedimientos: 10.22.102 Colonoscopía con toma de biopsia pediátrica, 10.22.106 Panendoscopía con toma de biopsia pediátrica,	DICE: Pinza para extracción de cuerpo extraño trípode. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Pinza para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.23.101 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales pediátrica, 10.23.102 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales esofágicas con escleroterapia pediátrica, 10.23.103 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales gastrointestinales pediátrica, 10.23.104 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado pediátrica, 10.23.108 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica, 10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática básica pediátrica, 10.23.113 Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica, 10.23.115 Gastrostomía endoscópica pediátrica, 10.23.122 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica y 10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica. NO. 6		
128	108	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.22.003 Enteroscopía No. Prog. 1	DICE: Aguja de hemostasia 23 o 25 G, de 230 mm de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Aguja de hemostasia 23 o 25 G, de 230 o 240 cm de longitud. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿SE ACEPTA?	
129	109	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.22.003 Enteroscopía No. Prog. 2	DICE: Asa de Polipectomía de 230 cm de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Asa de Polipectomía de 230 o 240 cm de longitud. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
130	110	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.22.003 Enteroscopía No. Prog. 3	DICE: Kit de Esfinterotomía por enteroscopía que incluye: Guía de alto rendimiento de 450 cm de longitud y 0.035 de diámetro. Balón de extracción de 10 a 15 mm para enteroscopía. Sistema de colocación de prótesis biliar de 8.5, 10, 11.5 Fr. De 5 a 15 cm de longitud. Y catéter 230 cm visión frontal para argón plasma. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Kit de Esfinterotomía por enteroscopía que incluye: Guía de alto rendimiento de 450 cm de longitud y 0.035 de diámetro. Balón de extracción en el rango de 8.5 a 15 mm para enteroscopía. Sistema de colocación de prótesis biliar de 8.5, 10, 11.5 Fr. En el rango de 5 a 15 cm de longitud. Y catéter 230 cm visión frontal para argón plasma. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿SE ACEPTA?	
131	111	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.22.006 Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto. No. Prog. 1	DICE: Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el Endoscopio ofertado y utilizado. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 180 cm., protegido, compatible con el Endoscopio ofertado y utilizado. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
132	112	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.004 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto. No. Prog. 3	DICE: Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen de precorte o aguja de corte de 7 a 5 fr. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
133	113	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE	DICE:	se acepta solicitud; siendo

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.007 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar. No. Prog. 1	Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen de precorte o aguja de corte de 7 a 5 fr. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	opcional tambien para el resto de los solicitantes.
134	114	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.007 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar. No. Prog. 2	DICE: Stent plástica biliar precargada de calibre 8.5 a 11.5 fr., y 5 hasta 15 cms longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Stent plástica biliar precargada de calibre 8.5 a 11.5 fr., y en el rango de 5 hasta 15 cm longitud. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
135	115	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO.	DICE: Balón de dilatación entre 4 a 20mm., de diámetro por 3 a 4 cm., de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.23.007 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar. No. Prog. 3	Balón de dilatación entre 4 a 20mm., de diámetro con un rango de 2 a 8 cm., de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
136	116	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto. No. Prog. 1	DICE: Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen de precorte o aguja de corte de 7 a 5 fr. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
137	117	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto. No. Prog. 2	DICE: Stent plástica pancreática precargada entre 5 a 9 fr. X 5 a 10 cm., de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Stent plástica pancreática precargada o con introductor entre 5 a 9 fr. X 5 a 10 cm., de longitud. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿SE ACEPTA?	
138	118	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto. No. Prog. 3	DICE: Stent plástica biliar precargada entre 8.5 a 11.5 fr. X 5 a 18 cm., de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Stent plástica biliar precargada de calibre 8.5 a 11.5 fr., y en el rango de 5 hasta 15 cms longitud. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
139	119	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto. No. Prog. 4	DICE: Balón de dilatación entre 4 a 20mm., de diámetro por 3 a 4 cm., de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Balón de dilatación entre 4 a 20mm., de diámetro con un rango de 2 a 8 cm., de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
140	120	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	DICE: Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.010 Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja. No. Prog. 1	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen de precorte o aguja de corte de 7 a 5 fr. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	de los solicitantes.
141	121	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.010 Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja. No. Prog. 2	DICE: Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático de 10 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 6 a 8 cm. de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 4 a 8 cm. de longitud. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
142	122	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO.	DICE: Catéter con balón de extracción triple lumen 8.5 o, 11.5 o, 12 o, 15 o, 18 mm. Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. Balón 15 mm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.23.010 Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja. No. Prog. 3	Catéter con balón de extracción triple lumen en el rango de 8.5 a 18 mm. Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
143	123	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.015 Gastrostomía endoscópica adulto. No. Prog. 2	DICE: Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (24 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Botón de repuesto o recambio o Mic-key, según calibre solicitado (24 fr.). De diferentes longitudes en el rango de 0.8 a 3.5 cms. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
144	124	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.020 Mucosectomía endoscópica y disección de tubo digestivo	DICE: Kit de mucosectomía que contiene: Ligador con 6 O 7 bandas para tubo de 8.6 a 13 mm. lazo ovalado para polipectomía con longitud de catéter de 230 a 240 mm. Aguja para escleroterapia de 23 G y longitud de catéter de 240 mm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Kit de mucosectomía que contiene: Ligador con 6 O 7 bandas	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		No. Prog. 1	para tubo de 8.6 a 13 mm. lazo ovalado para polipectomía con longitud de catéter de 230 a 240 cm. Aguja para escleroterapia de 23 G y longitud de catéter de 240 cm.(los componentes pueden ofertarse por separado siempre que sean completamente compatibles entre sí). Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
145	125	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja. No. Prog. 1	DICE: Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen de precorte o aguja de corte de 7 a 5 fr. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
146	126	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja.	DICE: Stent metálico autoexpandible cubierta y no cubierta de nitinol biliar de 6, 8, 10 fr. X 4, 6, 8 cm., de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Stent metálico autoexpandible cubierta y no cubierta de nitinol biliar de 8, 10 fr. X 4, 6, 8 cm., de longitud. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	No se acepta solicitud ya que el requerimiento incluye cateteres de dimencions menores a las ofertadas.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		No. Prog. 3	¿SE ACEPTA?	
147	127	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja. No. Prog. 4	DICE: Balón de dilatación biliar de 4 a 10 mm., diámetro y 3 a 4 cm., de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Balón de dilatación entre 4 a 20mm., de diámetro con un rango de 2 a 8 cm., de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
148	128	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja. No. Prog. 4	DICE: Catéter de dilatación biliar calibrado en el rango de 6 a 12 fr., con longitud de 230 a 240 cm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Catéter de dilatación biliar calibrado en el rango de 6 a 12 fr., con longitud de 195 a 240 cm. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
149	129	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	DICE: Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018"	No se acepta su solicitud ya que las caracteristicas del

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja. No. Prog. 5	a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	material ofertado no corresponden a la descripcion del material solicitado
150	130	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. 10.23.024 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto. No. Prog. 1	DICE: Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen de precorte o aguja de corte de 7 a 5 fr. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
151	131	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO.	DICE: Insumos para enteroscopia que incluye: Guía de alto rendimiento de 450 mm de longitud y 0.035 de diámetro. Balón de extracción de 10 a 15 mm para enteroscopía. Sistema de colocación de prótesis biliar de 8.5, 10, 11.5 Fr. De 5 a 15 cm de longitud. Y catéter 230 cm visión frontal para argón plasma. PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.22.003 Enteroscopía No. Prog. 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Insumos para enteroscopía que incluye: Guía de alto rendimiento de 450 cm de longitud y 0.035 de diámetro. Balón de extracción en el rango de 8.5 a 15 mm para enteroscopía. Sistema de colocación de prótesis biliar de 8.5, 10, 11.5 Fr. En el rango de 5 a 15 cm de longitud. Y catéter 230 cm visión frontal para argón plasma. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
152	132	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. 10.22.106 Panendoscopía con toma de biopsia y/o cepillado pediátrica No. Prog. 1	DICE: Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el Endoscopio ofertado y utilizado. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 180 cm., protegido, compatible con el Endoscopio ofertado y utilizado. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
153	133	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO	DICE: Set de ligas para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS	No se acepta su solicitud ya que las caracteristicas del material ofertado no corresponden a la descripcion del material solicitado

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.102 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas con escleroterapía pediátrica. No. Prog. 3	PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Set de ligadura variceal, con al menos 6 bandas, compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
154	134	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.104 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática con toma de biopsia y cepillado pediátrica. No. Prog. 3	DICE: Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm., 5.5 fr., de longitud. Ó PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm., de longitud. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
155	135	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.104 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o	DICE: Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm., 5.5 fr., de longitud. Ó PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm., de longitud. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		pancreática con toma de biopsia y cepillado pediátrica. No. Prog. 3	¿SE ACEPTA?	
156	136	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.104 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática con toma de biopsia y cepillado pediátrica. No. Prog. 3	DICE: Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen de precorte o aguja de corte de 7 a 5 fr. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
157	137	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática, básica pediátrica. No. Prog. 1	DICE: Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm., 5.5 fr., de longitud. Ó PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm., de longitud. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
158	138	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	DICE: Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm., 5.5 fr., de longitud. Ó	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática, básica pediátrica. No. Prog. 1	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm., de longitud. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
159	139	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática, básica pediátrica. No. Prog. 1	DICE: Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen de precorte o aguja de corte de 7 a 5 fr. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
160	140	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o	DICE: Stent plástica biliar de calibre de 7 a 11.5 fr., con longitud de 5 a 15 cm. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Stent plástica biliar de calibre de 7 a 11.5 fr., con longitud en el rango de 5 a 15 cm. O	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

		pancreática, básica pediátrica. No. Prog. 2	Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
161	141	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática, básica pediátrica. No. Prog. 3	DICE: Balón de dilatación biliar de 4 a 10 mm., de diámetro y de 3 a 4 cm., de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Balón de dilatación biliar de 4 a 10 mm., de diámetro y de 2 a 4 cm., de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
162	142	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática, básica pediátrica. No. Prog. 3	DICE: Catéter de dilatación biliar calibrado en un rango de 6 a 12 fr., con de 180 a 240 cm., de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Catéter de dilatación biliar calibrado en un rango de 6 a 12 fr., de 180 a 240 cm., de longitud. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

163	143	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica. No. Prog. 1	DICE: Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm., 5.5 fr., de longitud. Ó PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm., de longitud. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
164	144	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica. No. Prog. 1	DICE: Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm., 5.5 fr., de longitud. Ó PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm., de longitud. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
165	145	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA	DICE: Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Esfinterotómo de triple lumen de precorte o aguja de corte de	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica. No. Prog. 1	7 a 5 fr. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
166	146	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA PEDIÁTRICA 10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica. No. Prog. 3	DICE: Catéter con balón de extracción triple lumen 8.5 o, 11.5 o, 12 o, 15 o, 18 mm. Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. Balón 15 mm. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Catéter con balón de extracción triple lumen en el rango de 8.5 a 18 mm. Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
167	147	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS BIENES COMPLEMENTARIOS CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 10.23.901	DICE: Prótesis metálica, autoexpandible, removible, totalmente cubierta de silicón, con diámetro en el rango de 16 a 25 mm. y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de extracción que incluye sobre tubo extractor de 100 cm., y cable extractor con diámetro externo de 28 fr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Prótesis metálica, autoexpandible, removible, totalmente cubierta de silicón, con diámetro en el rango de 16 a 25 mm. y	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			una longitud en el rango de 5 a 18 cm., con sistema de extracción que incluye sobre tubo extractor de 100 cm. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
168	148	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS BIENES COMPLEMENTARIOS CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 10.23.907	DICE: Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Botón de repuesto o recambio o Mic-key según calibre solicitado (14 a 20 fr.). De diferentes longitudes entre 0.8 a 3.5 cms. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
169	149	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS BIENES COMPLEMENTARIOS CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 10.23.908	DICE: Prótesis biliar, metálica de nitinol totalmente cubierta, autoexpandible, de 10 mm., de diámetro y 4 cm., de longitud, con introductor de 6 fr., guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Prótesis biliar, metálica de nitinol (o cubierta equivalente)totalmente cubierta, autoexpandible, de 10 mm., de diámetro y 4 cm., de longitud, con sistema de	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			implantación de 6 fr. mínimo, guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud o mayor. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
170	150	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS BIENES COMPLEMENTARIOS CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 10.23.909	DICE: Prótesis esofágica de 18 mm. de diámetro y 8 cm., de longitud, con guía. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Prótesis esofágica de 18 mm. de diámetro y en el rango de 7 a 12 cm., de longitud, con guía. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
171	151	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS BIENES COMPLEMENTARIOS CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 10.23.913	DICE: Asa para pólipos planos con crecimiento lateral, diente de Tiburón, de 2.6 mm., de diámetro y 230 cm., de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna) , de 2.4 ó 2.7 cm., de diámetro y 230 a 240 cm., de longitud. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

			¿SE ACEPTA?	
172	152	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS BIENES COMPLEMENTARIOS CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 10.23.917	DICE: Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr.; de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr.; de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno o tubo de alimentación yeyunal 8.5 Fr a 12 Fr. con punta doblada o en espiral con lazo de sujeción en la punta, de material radiopaco, anillo de retención y guía. Kit que incluya material para su colocación. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
173	153	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS BIENES COMPLEMENTARIOS CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO	DICE: Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda de coagulación bipolar o coagulación plasma argón	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		10.23.920	Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
174	154	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS BIENES COMPLEMENTARIOS CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 10.23.922	DICE: Stent metálico neonatal. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Stent bronquial metálico recubierto diferentes longitudes. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
175	155	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS BIENES COMPLEMENTARIOS CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 10.23.923	DICE: Cepillo de citología para vía biliar guiado de al menos 2.5 mm de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Cepillo de citología para vía biliar guiado de al menos 200 cm de longitud. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
176	156	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Gineco 1, Set de Cirugía ginecológica de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopia, 10.06.021 Histerectomía,	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			10.06.025 Laparoscopía de ovario, 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico, 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico, 10.06.033 Miomectomía. Línea No. 2 DICE: Baja nudo tipo varilla, ojo abierto, diámetro de 5 mm. longitud de 30 a 36 cm. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Baja nudo tipo varilla, ojo abierto, diámetro de 4 o 5 mm. longitud de 30 a 36 cm. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUÁL ES REQUERIDO DICHO INSTRUMENTO Y ASÍ TAMBIÉN BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
177	157	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Gineco 1, Set de Cirugía ginecológica de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía, 10.06.021 Histerectomía, 10.06.025 Laparoscopía de ovario, 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico, 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico, 10.06.033 Miomectomía. Línea No. 9 DICE:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Pinza tipo Hartman, rotable y desmontable en tres componentes, atraumática, fenestrada, diámetro de 5 a 6 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Pinza tipo Hartman o Cleeve Duck Bill, rotable y desmontable en dos o tres componentes, atraumática, fenestrada, diámetro de 5 a 6 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA EL CUÁL ES REQUERIDO DICHO INSTRUMENTO Y ASÍ TAMBIÉN BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
178	158	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Gineco 1, Set de Cirugía ginecológica de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía, 10.06.021 Histerectomía, 10.06.025 Laparoscopía de ovario, 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico, 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico, 10.06.033 Miomectomía. Línea No. 16 DICE: Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas de longitud(sonda uterina con escala de longitud), autoclavable.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Manipulador uterino reusable, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras u hojas anatomicas, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas o insertos de trabajo o sonda uterina con escala de longitud, autoclavable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
179	159	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Gineco 1, Set de Cirugía ginecológica de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía, 10.06.021 Histerectomía, 10.06.025 Laparoscopía de ovario, 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico, 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico, 10.06.033 Miomectomía. Línea No. 18 DICE: Contenedor o charola rectangular de esterilización compatible con instrumental ofertado. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Contenedor o charola o canastilla rectangular de esterilización compatible con instrumental ofertado.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
180	160	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Gineco 2, Set de Cirugía ginecológica complementario para los procedimientos: 10.06.021 Histerectomía, y 10.06.033 Miomectomía. (sólo procedimientos en cirugía de mínima invasión con diagnóstico benigno) Líneas No. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 3, 4 Y 5 DICE: Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar que consta de los siguientes elementos... De acuerdo al único fabricante que maquilaba el instrumento correcto para este tipo de procedimientos (morcelador laparoscópico) es Karl Storz, quien informa que este modelo fue descontinuado con base en el último comunicado de la FDA de diciembre del 2020, en el cual la FDA recomienda el uso de un morcelador laparoscópico electromecánico para miomectomía o histerectomía únicamente con un sistema de contenedor de tejido compatible. Por lo que solicitamos se considere este insumo como parte de los "Bienes complementarios" en las unidades médicas donde la convocante considere será necesario, con los minos y maximos correspondientes en el "Anexo T1 Requerimientos", con la siguiente descripción: Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos. Favor de tomar en cuenta.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿SE ACEPTA?	
181	161	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Uro 1, Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.035 Nefrectomía adulto, 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica, 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto, 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida, 10.06.060 Pieloplastía adulto y 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. Set Uro 2, Set de Urología laparoscópica 2, para los procedimientos: 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto y 10.06.060 Pieloplastía adulto. Set de Cirugía general 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.013 Colectomía no asistida, 10.06.055 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto, 10.06. 056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto, 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto y 10.06.059 Plastia de hernia ventral. Set Cirugía 2, Set de Cirugía general 2 adulto, para los procedimientos: 10.06.002 Apendicetomía laparoscópica adulto, 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto, 10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto, 10.06.010 Colecistectomía laparoscópica adulto, 10.06.011 Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto, 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia adulto, 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica adulto y 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. Set Cirugía 3, Set de Cirugía general 3 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.003 Bypass gástrico, , 10.06.032 Manga gástrica, (Instrumental para cirugía Bariátrica; debe de cumplir con la longitud necesaria para	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			este tipo de procedimientos). Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos: 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica, 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico, 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica, 10.06.124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica, 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica, 10.06.156 Laparoscopía con resección del tubo digestivo pediátrica, 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo, 10.06.158 Plastía de hernia diafragmática pediátrica y 10.07.101 Toracoscopías con corrección de malformaciones congénitas torácicas, 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica, 10.07.103 Toracoscopía con toma de biopsia DICE: Pinza baja nudos tipo Gazayerli, con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
182	162	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Uro 1, Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.035 Nefrectomía adulto,	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			10.06.047 Prostatectomía laparoscópica, 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto, 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida, 10.06.060 Pieloplastía adulto y 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. Línea No. 17 DICE: Separador de hígado, articulado, apertura en forma de abanico. Diámetro de 5 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Separador o retractor, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 5 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	de los solicitantes.
183	163	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Uro 1, Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.035 Nefrectomía adulto, 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica, 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto, 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida, 10.06.060 Pieloplastía adulto y 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. Línea No. 20 DICE: Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 05 mm., de	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 05 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., con o sin línea dentada interior Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
184	164	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Uro 1, Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.035 Nefrectomía adulto, 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica, 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto, 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida, 10.06.060 Pieloplastía adulto y 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. Línea No. 23 DICE: Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Contenedor o canastilla de esterilización compatible con instrumental ofertado.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
185	165	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Uro 2, Set de Urología laparoscópica 2, para los procedimientos: 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto y 10.06.060 Pieloplastía adulto. Línea No. 17 DICE: Separador de hígado, articulado, apertura en forma de abanico. Diámetro de 5 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Separador o retractor, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 5 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
186	166	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.035 Nefrectomía adulto, 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica, 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto, 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida, 10.06 Set Uro 2, Set de Urología laparoscópica 2, para los procedimientos: 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto y 10.06.060 Pieloplastía adulto.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Línea No. 18 DICE: Tijera Metzembaun de 5 mm., curva bipolar, rotable y desmontable. Puntas redondeadas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., reusable. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Tijera Metzembaun de 5 mm., curva, monopolar (opcional bipolar), rotable y desmontable. Puntas redondeadas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., reusable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
187	167	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía 1, Set de Cirugía general 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.013 Colectomía no asistida, 10.06.055 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto, 10.06. 056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto, 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto y 10.06.059 Plastia de hernia ventral. Línea No. 16 DICE: Separador de hígado o retractor, articulado, apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 5 a 10 mm., 5 valvas, longitud de de 33 a 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
188	168	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía 1, Set de Cirugía general 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.013 Colectomía no asistida, 10.06.055 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto, 10.06. 056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto, 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto y 10.06.059 Plastia de hernia ventral. Set de Cirugía general 3 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.003 Bypass gástrico, , 10.06.032 Manga gástrica, (Instrumental para cirugía Bariátrica; debe de cumplir con la longitud necesaria para este tipo de procedimientos). Línea No. 17 DICE: Tijera Metzembaun curva bipolar, reusable, rotable y desmontable, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Tijera Metzembaun curva monopolar (Opcional bipolar), reusable, rotable y desmontable, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. TAL Y COMO LO SOLICITAN EN LOS OTROS SET QUIRURGICOS, YA QUE ES LO QUE ACTUALMENTE USAN LOS DIFERENTES MEDICOS Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
189	169	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía 1, Set de Cirugía general 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.013 Colectomía no asistida, 10.06.055 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto, 10.06. 056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto, 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto y 10.06.059 Plastia de hernia ventral. Línea No. 18 DICE: Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin o con línea dentada interior Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿SE ACEPTA?	
190	170	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía 2, Set de Cirugía general 2 adulto, para los procedimientos: 10.06.002 Apendicetomía laparoscópica adulto, 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto, 10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto, 10.06.010 Colecistectomía laparoscópica adulto, 10.06.011 Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto, 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia adulto, 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica adulto y 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. Línea No. 19 Set Cirugía 1, Set de Cirugía general 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.013 Colectomía no asistida, 10.06.055 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto, 10.06. 056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto, 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto y 10.06.059 Plastia de hernia ventral. Línea No. 20 Set Cirugía 3, Set de Cirugía general 3 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.003 Bypass gástrico, , 10.06.032 Manga gástrica, (Instrumental para cirugía Bariátrica; debe de cumplir con la longitud necesaria para este tipo de procedimientos). Línea No. 20 DICE: Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Contenedor o canastilla de esterilización compatible con instrumental ofertado. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
191	171	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía 2, Set de Cirugía general 2 adulto, para los procedimientos: 10.06.002 Apendicetomía laparoscópica adulto, 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto, 10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto, 10.06.010 Colecistectomía laparoscópica adulto, 10.06.011 Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto, 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia adulto, 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica adulto y 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. Línea No. 16 DICE: Separador de hígado o retractor, articulado, apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Separador o retractor, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 5 a 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
192	172	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía 3, Set de Cirugía general 3 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.003 Bypass gástrico, , 10.06.032 Manga gástrica, (Instrumental para cirugía Bariátrica; debe de cumplir con la longitud necesaria para este tipo de procedimientos). Línea No. 16 DICE: Separador de hígado o retractor, apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 5 a 10 mm., 5 valvas, longitud de 34 a 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
193	173	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía 3, Set de Cirugía general 3 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.003 Bypass gástrico, , 10.06.032 Manga gástrica, (Instrumental para cirugía Bariátrica; debe de cumplir con la longitud necesaria para este tipo de procedimientos).	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Línea No. 18 DICE: Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin o con línea dentada interior Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
194	174	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía 1, Set de Cirugía general 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.013 Colectomía no asistida, 10.06.055 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto, 10.06. 056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto, 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto y 10.06.059 Plastia de hernia ventral. Set de Cirugía general 3 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.003 Bypass gástrico, , 10.06.032 Manga gástrica, (Instrumental para cirugía Bariátrica; debe de cumplir con la longitud necesaria para este tipo de procedimientos). Línea No. 20	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

			DICE: Pinza para Colangiografía Laparoscópica, reusable, diámetro 5 mm. de 31 a 45 cm de longitud. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA NO OFERTAR ESTE PUNTO YA QUE NO ES NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE NINGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN DONDE ES REQUERIDO DICHO BIEN ¿SE ACEPTA?	
195	175	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía 3, Set de Cirugía general 3 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.003 Bypass gástrico, , 10.06.032 Manga gástrica, (Instrumental para cirugía Bariátrica; debe de cumplir con la longitud necesaria para este tipo de procedimientos). Línea No. 22 DICE: Separador de hígado o retractor, apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA NO OFERTAR ESTE PUNTO QUE SE ENCUENTRA REPETIDO EN LA LÍNEA 16 DE ESTE MISMO SET. ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
196	176	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Uro Ped 1, Set de Urología laparoscópica de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos: 10.06.114 Criptorquidia abdominal, 10.06.135 Nefrectomía pediátrica, 10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopía pediátrica,	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico, 10.06.160 Pieloplastía pediátrica y 10.06.161 Reimplante ureterovesical laparoscópico pediátrico. Línea No. 12 DICE: Separador de hígado o retractor, (articulado o rígido), diámetro de 3 o 5 mm., 3 a 9 valvas, apertura en forma de abanico, con puerto de lavado, autoclavable, longitud de 20 a 34 cm. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Separador o retractor, (articulado o rígido), diámetro de 3 o 5 mm., 3 a 9 valvas, apertura en forma de abanico, con puerto de lavado, autoclavable, longitud de 20 a 34 cm. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
197	177	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Uro Ped 1, Set de Urología laparoscópica de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos: 10.06.114 Criptorquidia abdominal, 10.06.135 Nefrectomía pediátrica, 10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopía pediátrica, 10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico, 10.06.160 Pieloplastía pediátrica y 10.06.161 Reimplante ureterovesical laparoscópico pediátrico. Línea No. 13 DICE:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Contenedor o canastilla de esterilización compatible con instrumental ofertado. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
198	178	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía Ped 1, Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos: 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica, 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico, 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica, 10.06.124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica, 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica, 10.06.156 Laparoscopía con resección del tubo digestivo pediátrica, 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo, 10.06.158 Plastía de hernia diafragmática pediátrica y 10.07.101 Toracoscopías con corrección de malformaciones congénitas torácicas, 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica, 10.07.103 Toracoscopía con toma de biopsia Línea No. 16 DICE: Retractor hepático metálico, maleable, articulado, que al activarse adquiere forma triangular o de gancho, diámetro de	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			5 mm., reusable, longitud de 20 a 34 cm. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Retractor articulado, que al activarse adquiere forma triangular o de gancho, diámetro de 5 mm., reusable, longitud de 20 a 34 cm Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
199	179	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía Ped 1, Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos: 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica, 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico, 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica, 10.06.124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica, 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica, 10.06.156 Laparoscopía con resección del tubo digestivo pediátrica, 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo, 10.06.158 Plastía de hernia diafragmática pediátrica y 10.07.101 Toracoscopías con corrección de malformaciones congénitas torácicas, 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica, 10.07.103 Toracoscopía con toma de biopsia Línea No. 17 DICE: Separador de hígado,articulado de 5 mm., de diámetro de 3 a 5 valvas que se abren en abanico, reusable, longitud de 20 a	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			34 cm. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Separador o retractor, (articulado o rígido) de 5 mm., de diámetro de 3 a 5 valvas que se abren en abanico, reusable, longitud de 20 a 34 cm. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
200	180	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía Ped 1, Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos: 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica, 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico, 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica, 10.06.124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica, 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica, 10.06.156 Laparoscopía con resección del tubo digestivo pediátrica, 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo, 10.06.158 Plastía de hernia diafragmática pediátrica y 10.07.101 Toracoscopías con corrección de malformaciones congénitas torácicas, 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica, 10.07.103 Toracoscopía con toma de biopsia Línea No. 18 DICE: Tijera Metzembaun de 3 o 5 mm., de diámetro, curva, bipolar, rotable, desmontable, reusable, largo de trabajo de 20 a 36	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			cm. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Tijera Metzembaun de 3 o 5 mm., de diámetro, curva,monopolar (Opcional bipolar),, rotable, desmontable, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm. TAL Y COMO LO SOLICITAN EN LOS OTROS SET QUIRURGICOS, YA QUE ES LO QUE ACTUALMENTE USAN LOS DIFERENTES MEDICOS Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
201	181	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía Ped 1, Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos: 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica, 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico, 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica, 10.06.124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica, 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica, 10.06.156 Laparoscopía con resección del tubo digestivo pediátrica, 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo, 10.06.158 Plastía de hernia diafragmática pediátrica y 10.07.101 Toracoscopías con corrección de malformaciones congénitas torácicas, 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica, 10.07.103 Toracoscopía con toma de biopsia Línea No. 23	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			DICE: Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Contenedor o canastilla de esterilización compatible con instrumental ofertado. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
202	182	ANEXO T3 Instrumental de SMI para PMI	Set Cirugía Ped 1, Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos: 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica, 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico, 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica, 10.06.124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica, 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica, 10.06.156 Laparoscopía con resección del tubo digestivo pediátrica, 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo, 10.06.158 Plastía de hernia diafragmática pediátrica y 10.07.101 Toracoscopías con corrección de malformaciones congénitas torácicas, 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica, 10.07.103 Toracoscopía con toma de biopsia Línea No. 22 DICE:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Pinza de ángulo recto tipo Mixter, para disección, larga 10 mm., de diámetro, longitud de 33 a 36 cm. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA NO OFERTAR ESTE PUNTO, YA QUE, SE ENCUENTRA REPITIENDO LA LÍNEA No. 11 DE ESTE MISMO SET. ¿SE ACEPTA?	
203	183	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: "531.564.0267 Torre de Visualización que incluye: Carro transportador, monitor, endocamara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/ succión automático y capnógrafo con oxímetro." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1 531.564.0267 Torre de Visualización que incluye: Carro transportador, monitor, endocámara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación o succión automático, capnógrafo con oxímetro." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿SE ACEPTA?	
204	184	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO DICE: "1.1 531.564.0267 Torre de Visualización que incluye: Carro transportador, monitor, endocÁmara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/ succión automático, capnógrafo con oxímetro." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1 531.564.0267 Torre de Visualización que incluye: Carro transportador, monitor, endocámara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación o succión automático, capnógrafo con oxímetro." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
205	185	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización 1.1.10.18 - Consumibles DICE: "1.1.10.18.1 Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			adulto, pediátrico y neonatal, reusable para uso de sensores de flujo principal. ." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.18.1 Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico neonatal o adaptador de línea de ventilación para adultos y niño o linea de capnografia para adulto/pediatrico" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
206	186	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN 1.1 531.564.0267 Torre de Visualización 1.1.10.18 Consumibles DICE: "1.1.10.18.2 Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico y neonatal, reusable para uso de sensores de flujo lateral. " PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.18.2 Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto y pediátrico (neonatal opcional) o adaptador de línea de ventilación para adultos y niños o linea de capnografia para adulto/pediatrico"	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
207	187	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización 1.1.10.18 - Consumibles DICE: "1.1.10.18.1 Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico y neonatal, reusable para uso de sensores de flujo principal. ." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.18.1 Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico neonatal o adaptador de línea de ventilación para adultos y niño o linea de capnografia para adulto/pediatrico" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud, siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
208	188	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 531.564.0267 Torre de Visualización 1.1.10.18 Consumibles DICE: "1.1.10.18.2 Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			adulto, pediátrico y neonatal, reusable para uso de sensores de flujo lateral. " PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.18.2 Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto y pediátrico (neonatal opcional) o adaptador de línea de ventilación para adultos y niños o linea de capnografia para adulto/pediatrico" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
209	189	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización 1.1.10.16 - Alarmas DICE: "1.1.10.16.1 Visibles y audibles: Alta/Baja de CO2 (o ETCO), SpO2, frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso o frecuencia cardiaca, apnea, batería Baja, para cada sensor SpO2 y/o CO2 desconectado o en mal estado y/o mensajes de error." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.16.1 Visibles y audibles: Alta/Baja de CO2 (o ETCO), SpO2, frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso o frecuencia cardiaca, batería Baja, para cada sensor SpO2 y/o CO2 desconectado o en mal estado y/o mensajes de error."	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
210	190	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización 1.1.10.16 - Alarmas DICE: "1.1.10.16.1 Visibles y audibles: Alta/Baja de CO2, SpO2, frecuencia respiratoria o apnea (o respiración menor a limite inferior), frecuencia de pulso o frecuencia cardiaca, batería Baja, para cada sensor SpO2 y/o CO2 desconectado o en mal estado y/o mensajes de error.." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.16.1 Visibles y audibles: Alta/Baja de CO2 (o ETCO), SpO2, frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso o frecuencia cardiaca, batería Baja, para cada sensor SpO2 y/o CO2 desconectado o en mal estado y/o mensajes de error." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
211	191	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo etario adulto PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización DICE: "1.1.7.3 Flujo de insuflación y volumen." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.7.3 Flujo de insuflación y volumen o consumo." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
212	192	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo etario adulto PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización DICE: "1.1.7.5 Con indicador en panel de: volumen, presión y consumo." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.7.5 Con indicador en panel de: volumen o consumo y presión. ."	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
213	193	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo etario adulto PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización DICE: "1.1.7.6.3 Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.7.6.3 Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo o preconfigurables en un rango de .1 a 2 l/min" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
214	194	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo etario adulto PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización DICE: "1.1.10.1.Equipo portátil, para la medición y registro continuo de	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			CO2 espirado, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso. Para aplicación en pacientes: adulto, pediátrico y/o neonatal." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.1 Equipo portátil, para la medición y registro continuo de CO2, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso. Para aplicación en pacientes: adulto, pediátrico y/o neonatal." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
215	195	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo etario adulto PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización DICE: "1.1.10.8 SpO2 en el rango de 0 a 99 o mayor." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.8 SpO2 en el rango de 0 a 99 o 1 a 100 o mayor." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-050GYR006-E571-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.LA-050GYR006-E571-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2023.** DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

			¿SE ACEPTA?	
216	196	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo etario adulto PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización DICE: "1.1.10.13 Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. o velocidad de flujo del capnógrafo de 120 +/- 20ml por minuto.." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.13 Muestreo o velocidad de flujo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. o velocidad de flujo del capnógrafo de 120 +/- 20ml por minuto." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
217	197	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo etario adulto PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización DICE:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			"1.1.10.14 Tiempo de registro de la medición de CO2 de 30 seg. o menor." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.14 Tiempo de registro de la medición o tiempo de inicialización de CO2 de 40 seg. o menor." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
218	198	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo etario adulto PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN Grupo Etario Pediatría PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización DICE: "1.1.10.17.6 Salidas analógicas o digitales." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.10.17.6 Salidas analógicas o digitales o transferencia USB" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
219	199	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	Grupo Etario Pediatría	se acepta solicitud; siendo

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIATRICO 1.1 - 531.564.0267 Torre de Visualización DICE: "1.1.4.1 Control automático de brillo o autoiluminación." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.1.4.1 Control automático de brillo o autoiluminación (según tecnología del fabricante.)" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	opcional tambien para el resto de los solicitantes.
220	200	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	CIRUGÍA ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA. 10.03.001 Histeroscopía básica. 10.03.002 Histeroscopía operatoria. 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía. 10.06.021 Histerectomía. 10.06.025 Laparoscopía de ovario. 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico. 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico. 10.06.033 Miomectomía. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
221	201	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	CIRUGÍA ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA. 10.03.001 Histeroscopía básica. 10.03.002 Histeroscopía operatoria. 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía. 10.06.021 Histerectomía. 10.06.025 Laparoscopía de ovario. 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico. 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico. 10.06.033 Miomectomía. id_pmi: bcb110 DICE: "Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			"Manguera de irrigación/aspiración en" Y " con control de goteo o pinza de obstruccion estéril." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
222	202	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	10.06.002 Apendicectomía laparoscópica adulto. 10.06.003 Bypass gástrico. 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto. 10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto. 10.06.010 Colecistectomía laparoscópica adulto. 10.06.011 Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto. 10.06.013 Colectomía no asistida. 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia adulto. 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica adulto. 10.06.032 Manga gástrica. 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. 10.06.055 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto.** 10.06.056 Laparoscopía con resección de tubo digestivo adulto.** 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto. 10.06.059 Plastia de hernia ventral. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
223	203	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	10.06.002 Apendicectomía laparoscópica adulto. 10.06.003 Bypass gástrico. 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto. 10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto. 10.06.010 Colecistectomía laparoscópica adulto. 10.06.011 Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto. 10.06.013 Colectomía no asistida. 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia adulto. 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica adulto. 10.06.032 Manga gástrica. 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. 10.06.055 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto.** 10.06.056 Laparoscopía con resección de tubo digestivo adulto.** 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto. 10.06.059 Plastia de hernia ventral. id_pmi: bcb110 DICE: "Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril."	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Manguera de irrigación/aspiración en" Y " con control de goteo o pinza de obstruccion estéril." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
224	204	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	10.06.003 Bypass gástrico. 10.06.013 Colectomía no asistida. 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. 10.06.032 Manga gástrica. 10.06.056 Laparoscopía con resección de tubo digestivo adulto.** DICE: "Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte integrado o por separado, compatible con cartuchos con un rango de 30 a 35, 45, 60mm.," Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
225	205	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI	10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis.	se acepta solicitud; siendo

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

		para PMI	10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto. 10.06.059 Plastia de hernia ventral. id_pmi: bcb109 DICE: "Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	opcional tambien para el resto de los solicitantes.
226	206	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA ADULTO. 10.06.035 Nefrectomía adulto. 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica. 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto.** 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida. 10.06.060 Pieloplastía adulto. 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. id_pmi: bcb66	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
227	207	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA ADULTO. 10.06.035 Nefrectomía adulto. 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica. 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto.** 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida. 10.06.060 Pieloplastía adulto. 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. id_pmi: bcb110 DICE: "Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			"Manguera de irrigación/aspiración en" Y " con control de goteo o pinza de obstruccion estéril." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
228	208	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA. 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica. 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica. ** 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico. 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica. 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica. 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica.** 10.06. 124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica. 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica. 10.06.155 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica.** 10.06.156 Laparoscopía con resección de tubo digestivo pediátrica. 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo pediátrica. 10.06.158 Plastia de hernia diafragmática pediátrica. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
229	209	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA. 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica. 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica. ** 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico. 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica. 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica. 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica.** 10.06. 124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica. 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica. 10.06.155 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica.** 10.06.156 Laparoscopía con resección de tubo digestivo pediátrica. 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			congénitas de tubo digestivo pediátrica. 10.06.158 Plastia de hernia diafragmática pediátrica. id_pmi: bcb110 DICE: "Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Manguera de irrigación/aspiración en" Y " con control de goteo o pinza de obstruccion estéril." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
230	210	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA. 10.06.156 Laparoscopía con resección de tubo digestivo pediátrica. DICE: "Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado."	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte integrado o por separado, compatible con cartuchos con un rango de 30 a 35, 45, 60mm.," Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
231	211	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA. 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo pediátrica. DICE: "Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola O por separado." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte integrado o por separado, compatible con cartuchos con un	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			rango de 30 a 35, 45, 60mm.," Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
232	212	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA. 10.06.158 Plastia de hernia diafragmática pediátrica. id_pmi: bcb109 DICE: "Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

233	213	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 10.06.114 Criptorquídia abdominal. 10.06.135 Nefrectomía pediátrica. 10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopía pediátrica.** 10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico. 10.06.160 Pieloplastía pediátrica. 10.06. 161 Reimplante uretero vesical laparoscópico pediátrico. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
234	214	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			10.06.114 Criptorquídia abdominal. 10.06.135 Nefrectomía pediátrica. 10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopía pediátrica.** 10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico. 10.06.160 Pieloplastía pediátrica. 10.06. 161 Reimplante uretero vesical laparoscópico pediátrico. id_pmi: bcb110 DICE: "Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Manguera de irrigación/aspiración en" Y " con control de goteo o pinza de obstruccion estéril." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
235	215	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. TORACOSCOPÍA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas. 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica. 10.07.103 Toracoscopía diagnóstica con toma de biopsia.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
236	216	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. TORACOSCOPÍA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas. 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica. 10.07.103 Toracoscopía diagnóstica con toma de biopsia. id_pmi: bcb110 DICE: "Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril."	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Manguera de irrigación/aspiración en" Y " con control de goteo o pinza de obstruccion estéril." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
237	217	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. TORACOSCOPÍA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas. DICE: "Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte integrado o por separado, compatible con cartuchos con un rango de 30 a 35, 45, 60mm.,"	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
238	218	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. TORACOSCOPÍA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas. 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica. 10.07.103 Toracoscopía diagnóstica con toma de biopsia. id_pmi: bcb163 DICE: "Trócares flexibles punta roma , desechables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables de 5, 10 Y 12 mm de diámetro, con sistema de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 100 mm de longitud, según complexión y constitución del paciente.." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			¿SE ACEPTA?	
239	219	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: "10.06.902 Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "10.06.902 Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte integrado o por separado, compatible con cartuchos con un rango de 30 a 35, 45, 60mm.," Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
240	220	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: "10.06.910 Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			"10.06.910 Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. o 19fr, trócar 1/4" o 1/8". Con reservorio." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
241	221	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: "10.06.906 Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "10.06.906 Sistema de fijación biodegradable o absorbible para fijación de malla.." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
242	222	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	CIRUGÍA ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA. 10.03.001 Histeroscopía básica. 10.03.002 Histeroscopía operatoria. 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía. 10.06.021 Histerectomía. 10.06.025 Laparoscopía de ovario. 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico. 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico.	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			10.06.033 Miomectomía. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
243	223	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	10.06.002 Apendicectomía laparoscópica adulto. 10.06.003 Bypass gástrico. 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto. 10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto. 10.06.010 Colecistectomía laparoscópica adulto. 10.06.011 Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto. 10.06.013 Colectomía no asistida. 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia adulto. 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica adulto. 10.06.032 Manga gástrica. 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. 10.06.055 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto.** 10.06.056 Laparoscopía con resección de tubo digestivo	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			adulto.** 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto. 10.06.059 Plastia de hernia ventral. DICE: "Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Aguja de Veres o para neumoperitoneode 120 a 150 mm., de longitud, desechable." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
244	224	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA ADULTO. 10.06.035 Nefrectomía adulto. 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica. 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto.** 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida. 10.06.060 Pieloplastía adulto. 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. id_pmi: bcb66 DICE: ""Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable." PREGUNTA:	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Aguja de Veres o para neumoperitoneode 120 a 150 mm., de longitud, desechable." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
245	225	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA. 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica. 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica. ** 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico. 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica. 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica. 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica.** 10.06. 124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica. 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica. 10.06.155 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica.** 10.06.156 Laparoscopía con resección de tubo digestivo pediátrica. 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo pediátrica. 10.06.158 Plastia de hernia diafragmática pediátrica. id_pmi: bcb66	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
246	226	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 10.06.114 Criptorquídia abdominal. 10.06.135 Nefrectomía pediátrica. 10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopía pediátrica.** 10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico. 10.06.160 Pieloplastía pediátrica. 10.06. 161 Reimplante uretero vesical laparoscópico pediátrico. id_pmi: bcb66 DICE: ""Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable."	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Aguja de Veres o para neumoperitoneode 120 a 150 mm., de longitud, desechable." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
247	227	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. TORACOSCOPÍA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas. 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica. 10.07.103 Toracoscopía diagnóstica con toma de biopsia. id_pmi: bcb66 DICE: "Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Aguja de Veres o para neumoperitoneode 120 a 150 mm., de longitud, desechable."	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
248	228	ANEXO T4 Catálogo de Bienes de Consumo SMI para PMI	GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. TORACOSCOPÍA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.06.013 Colectomía no asistida. id_pmi: bcb66 DICE: "Cartucho 30, 35, 45, 60,80 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Cartucho 30, 45, 60mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
249	229	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN 531.072.0064 Equipo de artroscopía. 1.9.4 Bomba de irrigación para artroscopía. DICE: "1.9.4 Bomba de irrigación para artroscopía."	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

			PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Bomba de irrigación o sistema para control de fluidos para artroscopía." YA QUE ES LA FORMA EN LA QUE PUEDE REFERENCIAR EL EQUIPO MI REPRESENTADA ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	
250	230	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN 531.072.0064 Equipo de artroscopía. 1.9.5 Equipo de radiofrecuencia o plasma para artroscopia según tecnología del fabricante DICE: "1.9.5 Equipo de radiofrecuencia o plasma para artroscopia según tecnología del fabricante" PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: " Equipo de radiofrecuencia, plasma o coblación para artroscopia según tecnología del fabricante" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	se acepta solicitud; siendo opcional tambien para el resto de los solicitantes.
251	231	ANEXO T2 Equipo Médico de SMI para PMI	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE	se acepta solicitud; siendo

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA