



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-ET25-2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA, MARCA PLANMED, MODELO SOPHIE CLASSIC, UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 11:00 horas, del 16 de Mayo de 2022, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis, 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento), así como en el numeral 4 de la Convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Juan Francisco Cisneros García, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente adscritos al Departamento de Conservación y Servicios Generales, quien solventó las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de la siguiente persona:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	BARITANO, S.A. DE C.V.	6	2

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, se hace constar que a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo como observador.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Seguidamente, en razón del número de preguntas recibidas y la complejidad de las mismas y considerando el tiempo que llevará darles respuesta, la Convocante procede a informar a los Licitantes que se decreta un receso para continuar con la Junta de Aclaraciones a las 13:00 horas, del día de hoy 16 de Mayo de 2022.

Siendo las 13:00 horas del día 16 de Mayo de 2022, se reanudó la presente Junta de Aclaraciones y en virtud de que el área técnica aún se encuentra en fase de análisis de las preguntas, se decreta un segundo receso para continuar con la Junta de Aclaraciones a las 8:30 horas, del día 17 de Mayo de 2022.

Siendo las 8:30 horas del día 17 de Mayo de 2022, se reanudó la presente Junta de Aclaraciones desarrollándose de la forma siguiente:

La convocante a solicitud del Área Requirente, procede a comunicar las siguientes aclaraciones generales a la Convocatoria:

**1.- NUMERAL 2.1 CALIDAD.- Se precisa la fracción I, quedando de la siguiente manera:**

**DEBE DECIR:**

- I. Copia de los certificados vigentes de calibración de los dispositivos y/o equipos de medición, expedido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM) o por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA. (no se





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA NUMERO LA-050GYR011-E125-2022
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A EQUIPOS DE MASTOGRAFIA, MARCA PLANMED, MODELO SOPHIE CLASSIC, UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS DEL REGIMEN ORDINARIO, DEL ORGANODE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

aceptan facturas de compra se debe cumplir con lo solicitado en este punto) de los siguientes equipos de medicion y calibracion solicitados.

Para la partida Única Mantenimiento y Conservación a Mastografo.

Table with 1 column and 4 rows: EQUIPOS, MULTIMETRO DIGITAL, OSCILOSCOPIO, LECTOR DE KILO VOLTS, TIEMPO DE EXPOSICION Y KERMA EN EL AIRE.

Para efecto de lo anterior, debera requisitar el siguiente formato que se proporciona como anexo numero 18 (Dieciocho) de la Convocatoria:

ANEXO NUMERO 18 (Dieciocho)

RELACION DE EQUIPO DE CALIBRACION, MEDICION Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARA EN LOS SERVICIOS.
Form with fields for FECHA, NOMBRE DEL PARTICIPANTE, R.F.C., DOMICILIO, TELÉFONO, MIPYME, CORREO ELECTRÓNICO, NUMERO DE PROVEEDOR IMSS.

LICITACION N°
SERVICIOS:

Table with 6 columns: HERRAMIENTA Y EQUIPO, PROPIO O RENTADO, MARCA, CAPACIDAD, SERIE Y NUMERO, VIDA UTIL.

Atentamente

(Nombre, firma y cargo del apoderado o representante legal del licitante)

NOTA: Si el licitante, es una persona fisica, se podra ajustar el presente formato, en su parte conducente.

2.- NUMERAL 2.1 CALIDAD.- Se precisa la fraccion III, quedando de la siguiente manera:

DEBE DECIR:

III. Curriculum Vitae de la empresa o persona fisica, asi como de su personal profesional y tecnico calificado conformado por 1 Ingeniero con carrera en Ingenieria Biomédica, Electrónica, Médica, Eléctrica o Robótica y 1 técnico especialista los cuales deberan estar capacitados por la fabrica o planta de la marca del equipo o por cualquier otra marca, del cual deberan presentar documentos o constancias donde hayan recibido capacitacion en el mantenimientos de los equipos en cuestion y que sera el encargado de realizar materialmente los servicios





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR0TI-EI25-2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA, MARCA PLANMED, MODELO SOPHIE CLASSIC, UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

solicitados, con una antigüedad mínima de 6 meses reflejados en el Pago del SUA para cumplir con este requisito deberá de presentar el Boucher de los pagos de SUA así como Cedula de Determinación de Cuotas IMSS donde aparezcan los nombres del personal antes mencionado.

NOTA: El no presentar lo antes mencionado será motivo de descalificación.

Asimismo, deberá requisitar el siguiente formato que se proporciona como anexo número 19 (Diecinueve) de la Convocatoria:

Anexo número 19 (Diecinueve)

RELACIÓN DE CATEGORÍAS (PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICOS CAPACITADOS) A UTILIZARSE DE MANO DE OBRA. Includes fields for FECHA, NOMBRE DEL PARTICIPANTE, DOMICILIO, R.F.C., TELÉFONO, MIPYME, CORREO ELECTRÓNICO, and NUMERO DE PROVEEDOR IMSS.

LICITACIÓN N° SERVICIOS:

Table with 5 columns: CATEGORÍA, JORNADA, SALARIO BASE, FACTOR, SALARIO REAL.

Atentamente

(Nombre, firma y cargo del apoderado o representante legal del licitante)

NOTA: Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

3.- Se proporciona el formato de desglose de Análisis de Precios, como Anexo número 6 Bis (Seis Bis) de la Convocatoria:

ANEXO NÚMERO 6 BIS (SEIS BIS)

PARTIDA ÚNICA

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

FORMATO DE DESGLOSE DE ANÁLISIS DE PRECIOS. Includes fields for FECHA, NOMBRE DEL PARTICIPANTE, DOMICILIO, R.F.C., and a date table with columns DIA, MES, AÑO.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E125-2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA, MARCA PLANMED, MODELO SOPHIE CLASSIC, UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

TELÉFONO MIPYME CORREO ELECTRÓNICO NUMERO DE PROVEEDOR IMSS

EL SERVICIO PROPUESTO, SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL IMSS.

LICITACIÓN N°
SERVICIO:

Table with 2 columns: No. DE RENGLON, DESCRIPCION DEL RENGLON:
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:

Table with 6 columns: NO. DE RENGLÓN, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD DE EQUIPOS, PRECIO, IMPORTE

Table with 2 columns: SUMA, REFACCIONES Y MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y EQUIPO

Table with 2 columns: COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y UTILIDAD (%), PRECIO UNITARIO

Atentamente

(Nombre, firma y cargo del apoderado o representante legal del licitante)

NOTA: Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

A continuación se relacionan las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el interesado, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

LICITANTE: BARITANO, S.A. DE C.V.

Table with 2 columns: No., PREGUNTA, RESPUESTA. Contains question 1 about maintenance and corrective work.



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-ET25-2022**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA, MARCA PLANMED, MODELO SOPHIE CLASSIC, UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.**

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
	CORRESPONDIENTES Y PARA REFACCIONES MAYORES COTIZAR AL JEFE DE CONSERVACIÓN DICHA REFACCIÓN. <b>PREGUNTA:</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL TIEMPO DE RESPUESTA AL MOMENTO DE QUE EL PROVEEDOR EMITA UNA COTIZACIÓN DE ALGUNA REFACCIÓN QUE SEA MAYOR A VEINTE MIL PESOS.	
2	<b>PREGUNTA 2</b>  2. <b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO:</b>  <b>PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPO FUNCIONANDO:</b> CINCO DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA ATENCIÓN DEL REPORTE <b>PREGUNTA:</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN CASO DE NO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COTIZACIÓN DE LA REFACCIÓN MAYOR QUE REQUIERA EL EQUIPO Y NO PODER ENTREGAR FUNCIONAL ESTE EN EL TIEMPO QUE SE ESTABLECE EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ¿QUEDARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE? FAVOR DE ACLARAR.	Es correcto la convocante tendrá la responsabilidad.
3	<b>PREGUNTA 3</b>  1. <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO:</b>  <b>FRECUENCIA:</b> SEMESTRAL (DENTRO DE LOS DÍAS NATURALES DEL MES PROGRAMADO)  INICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: EL DÍA Y EN EL HORARIO QUE EL JEFE DE CONSERVACIÓN ESTABLEZCA DENTRO DE LOS DÍAS NATURALES DEL MES ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO PREVIO ACUERDO CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO (JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD) A FIN DE QUE PONGAN A DISPOSICIÓN LOS EQUIPOS Y NO ESTÉN OCUPADOS PARA RECIBIR AL PROVEEDOR. <b>PREGUNTA:</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI EN CASO DE QUE EL EQUIPO NO SE ENCUENTRE FUNCIONAL A FALTA DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA REFACCIÓN MAYOR Y LLEGADA LA FECHA PROGRAMADA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ESTE NO SE PUEDE REALIZAR, ¿QUEDARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE? FAVOR DE ACLARAR.	Se deberá realizar el mantenimiento preventivo programado o se le aplicará la sanción correspondiente.
4	<b>PREGUNTA 4</b>  6. <b>VISITA A LAS UNIDADES.</b>  EL PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES DEBERÁ INSPECCIONAR EL SITIO O LUGARES EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL SERÁN ATENDIDOS O GUIADOS POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD O ADMINISTRADOR DE LA MISMA. <b>PREGUNTA:</b> EN BASE A LA VISITA A LAS INSTALACIONES REALIZADAS EL PASADO 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SE OBSERVÓ QUE LOS EQUIPOS REQUIEREN CAMBIO DE PALETAS DE COMPRESIÓN (CONSUMIBLES), POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SI LA COTIZACIÓN DE ESTOS CONSUMIBLES SE AUTORIZARÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO?	Apegarse a lo solicitado en la convocatoria que corresponde al mantenimiento preventivo que se está solicitando, de acuerdo al Anexo 1 BIS número 1.
5	<b>PREGUNTA 5</b>  6. <b>VISITA A LAS UNIDADES.</b>  EL PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES DEBERÁ INSPECCIONAR EL SITIO O LUGARES EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL SERÁN ATENDIDOS O GUIADOS POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD O ADMINISTRADOR DE LA MISMA. <b>PREGUNTA:</b> EN BASE A LA VISITA A LAS INSTALACIONES REALIZADAS EL PASADO 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SE OBSERVÓ QUE EL EQUIPO MASTÓGRAFO UBICADO EN LA UNIDAD DE MEDICINA	No, toda vez que el equipo se encuentra funcionando.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E125-2022**  
**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA, MARCA PLANMED, MODELO SOPHIE CLASSIC, UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.**

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
	FAMILIAR No. 56, QUE LA FUENTE DE PODER GENERA UN RUIDO EXTRAÑO AL HACER EL DISPARO LO QUE NOS INDICA QUE LA VIDA ÚTIL DE ESA REFACCIÓN MAYOR ESTÁ POR FINALIZAR, POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SI LA COTIZACIÓN DE ESTOS CONSUMIBLES SE AUTORIZARÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO?	
6	<p><b>PREGUNTA 6</b></p> <p><b>6. VISITA A LAS UNIDADES.</b></p> <p>EL PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES DEBERÁ INSPECCIONAR EL SITIO O LUGARES EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL SERÁN ATENDIDOS O GUIADOS POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD O ADMINISTRADOR DE LA MISMA.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> DERIVADO DE LA VISITA A LAS UNIDADES MÉDICAS SE OBSERVÓ QUE CUENTAN CON UN EQUIPO DIGITALIZADOR CONFIGURADO AL MASTÓGRAFO, POR LO QUE SE SUGIERE A LA CONVOCANTE, QUE, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA FALLA CON LA CALIDAD DE LA IMAGEN AL REALIZAR EL ESTUDIO, ESTÉN PRESENTES AMBOS PROVEEDORES PARA DAR SOLUCIÓN A LA FALLA.</p>	Se le reitera que lo que se está contratando es el Servicio de Mantenimiento a Equipos de mastografía y no a la impresora de imágenes.

Posteriormente, se procedió a enviar, a través del Sistema CompraNet, siendo las 15:10 horas según el registro que marca dicho Sistema las aclaraciones generales por parte de la Convocante y las contestaciones a las solicitudes de aclaración realizadas en tiempo y forma por la persona que manifestó interés, haciéndole saber al licitante que cuenta con un plazo de seis horas para formular las preguntas que considere necesarias en relación con las respuestas remitidas, por lo que el plazo vence a las 21:10 horas y que en razón de lo anterior, se decreta un receso para continuar con la presente junta de aclaraciones a las 08:30 horas del día 18 de Mayo de 2022, lo cual fue informado mediante mensaje a través del sistema CompraNet.

Siendo las **08:30 horas del día 18 de Mayo de 2022**, habiendo vencido el referido plazo otorgado, se reanuda la presente Junta de Aclaraciones y se hace constar que se reciben preguntas con relación a las aclaraciones generales de la convocante, por parte del siguiente licitante:

PREGUNTA TÉCNICAS	RESPUESTA
<p><b>PREGUNTA 1</b></p> <p>LA CONVOCANTE A SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE, PROCEDE A COMUNICAR LAS SIGUIENTES ACLARACIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA:</p> <p>1.- NUMERAL 2.1 CALIDAD. - Se precisa la fracción 1, quedando de la siguiente manera:</p> <p>DEBE DECIR: Copia de los certificados vigentes de calibración de los dispositivos y/o equipos de medición, expedido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM) o por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA. (no se aceptan facturas de compra se debe cumplir con lo solicitado en este punto) de los siguientes equipos de medición y ca libración solicitados.</p> <p>Para la partida a Única Mantenimiento y Conservación a Mastógrafo.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos aclare si en el país existe algún laboratorio acreditado ante la EMA, para realizar dicha certificación, esto debido a que nos hemos comunicado ante la entidad mexicana de acreditación para validar si algún laboratorio en el país realiza esta certificación y la respuesta fue negativa.</p> <p>¿Favor de aclarar?</p>	<p>Dentro de la República Mexicana, inclusive en el estado de Yucatán se tiene conocimiento de que existen en el país varios laboratorios acreditados por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), no podríamos mencionarte alguno ya que podría caer en una desviación.</p>



*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-ET25-2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA, MARCA PLANMED, MODELO SOPHIE CLASSIC, UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Table with 2 columns: PREGUNTA TÉCNICAS and RESPUESTA. Contains 4 questions and answers regarding technical specifications, classification, and equipment costs.



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E125-2022**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA, MARCA PLANMED, MODELO SOPHIE CLASSIC, UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.**

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el nuevo calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	26 de Mayo de 2022	09:30 hrs.
Acta de Fallo	02 de Junio de 2022	14:00 hrs.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en: la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127-B, de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, en donde se fijará una copia del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compra.net.hacienda.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las **08:45 horas**, del día 19 de Mayo de 2022.

Esta Acta consta de 09 (nueve) hojas y 2 (dos) hojas de preguntas y 2 (dos) hojas de Re-preguntas enviadas por el licitante, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

**POR LOS LICITANTES:**

SIN ASISTENCIA (ELECTRÓNICA).

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ	JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. MARIA ISABEL PÉREZ TORRES	N47 LIDER DE PROYECTO.	



*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-ET25-2022**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA, MARCA PLANMED, MODELO SOPHIE CLASSIC, UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
ING. ALFREDO PADILLA YLLESCAS	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	
ARQ. CLAUDIA ALEJANDRA PÉREZ SULU	JEFE DE OFICINA DE CONSERVACIÓN No. 2	
ING. ELVI SERGIO GABRIEL PECH CARRILLO	JEFE DE OFICINA DE CONSERVACIÓN No. 1	
ING. ALFONSO ADAN MACEDO GONZALEZ	APOYO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

SIN ASISTENCIA

----- FIN DEL ACTA -----



