



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 09:30 horas, del 13 de octubre del año 2022, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis, 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento), así como en el numeral 4 de la Convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Carlos Ahmed Aguilar Castillejos, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del Área Requirente adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, el cual solventó las preguntas de carácter técnico y los representantes del Área Contratante adscritos a la propia Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, quienes solventaron las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES, S.A DE C.V.	8	3
2	MEDICAL RECOVERY, S.A DE C.V.	4	2
3	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A. de C.V.	19	7

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, se hace constar que a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo como observador.

Seguidamente, en razón del número de preguntas recibidas y considerando el tiempo que llevará darles respuesta, se comunica a la proveeduría interesada que la Convocante decreta un receso para continuar con la junta de aclaraciones a las 12:30 horas del día 13 de octubre de 2022.

Siendo las 12:30 horas del día 13 de octubre de 2022, se reanuda la presente junta de aclaraciones, desarrollándose de la forma siguiente:

La convocante realizó la siguiente aclaración a la convocatoria de la licitación:

DEVOLUCIÓN DE LAS MUESTRAS

1. ANEXO NÚMERO 1 BIS (UNO BIS). PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

Se agrega el siguiente apartado:

Las muestras que correspondan a los bienes que resulten adjudicados en la presente licitación, quedarán en custodia del instituto hasta treinta días después de concluida la vigencia del contrato. Las muestras de los bienes propuestos que no resulten adjudicados, serán devueltas a petición de los licitantes por escrito, en un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo de la presente licitación, concluido este término el Instituto se exime de responsabilidad respecto a las mismas, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 104 de su Reglamento.

Los escritos relativos a las solicitudes de devolución de muestras, deberán ser dirigidos a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán, ubicada en la calle 44 con número 999 por 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285 de la Ciudad de Mérida, Yucatán.

Transcurridos 5 (cinco) días hábiles, contados a partir del vencimiento de los plazos antes establecidos, sin que exista solicitud alguna, la convocante podrá proceder al desechamiento o destrucción de las muestras sin mayor trámite.

Acto seguido, se relacionan las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

I.- MEDICAL ADVANCED SUPPLIES, S.A DE C.V.

NUMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ADMINISTRATIVA: RELACIONADA CON EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACEPTÉ SE OFERTE CONSUMIBLES QUE SEAN PROCEDENTES Y/O IMPORTADOS DE UN PAÍS CON EL QUE MÉXICO TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, SIEMPRE Y CUANDO SE OFERTE CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	La presente licitación es de carácter Internacional bajo la Cobertura de Tratados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 fracción II de la LAASSP, en la Inteligencia de que sólo se aceptarán bienes importados procedentes de Países que cuenten con Tratado de Libre Comercio con Capítulo o Título de Compras Públicas, celebrado con nuestro País.
2	ADMINISTRATIVA: RELACIONADA CON EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACEPTÉ SE OFERTE CONSUMIBLES QUE SEAN DE UNA MARCA DE UNA EMPRESA ORIGINARIA DE UN PAÍS CON EL QUE MÉXICO TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, SIEMPRE Y CUANDO SE OFERTE CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	La presente licitación es de carácter Internacional bajo la Cobertura de Tratados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 fracción II de la LAASSP, en la Inteligencia de que sólo se aceptarán bienes importados procedentes de Países que cuenten con Tratado de Libre Comercio con Capítulo o Título de Compras Públicas, celebrado con nuestro País.
3	6.2. PROPOSICION TECNICA	Si se aceptarán muestras por paquetería.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
**ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.**

NUMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	PUNTO VI.- MUESTRAS ¿ACEPTA LA CONVOCANTE RECIBIR MUESTRAS POR PAQUETERIA?	
4	6.2. PROPOSICION TECNICA PUNTO VI.- MUESTRAS PODRIA INDICARNOS LA CONVOCANTE EN CASO DE ACEPTAR MUESTRAS POR PAQUETERIA, ¿A QUIEN IRIAN DIRIGIDAS LAS MUESTRAS?	Favor de dirigir su correspondencia a la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, con atención a la Lic. Claudia I. Rosado Basulto.
5	6.2. PROPOSICION TECNICA PUNTO VI.- MUESTRAS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECIBIR MUESTRAS POR PIEZAS CON SU EMPAQUE PRIMARIO ORIGINAL. ¿SE ACEPTA?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás participantes.
6	ANEXO NUMERO 1 PARTIDA 12 CLAVE 379 203 0086 00 01 MANTA TERMICA CUERPO SUPERIOR. PRESENTACION: CAJA CON 40 PIEZAS.PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.803.0029SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SABANA TERMONEUMATICA DESECHABLE, .TAMAÑO: 84 X 36 PULG (213 X 91 CM), PESO: 150 G. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 315. PARA SU USO EN EL EQUIPO: SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. CLAVE: 531.803.0029. MARCA: 3M. MODELO: BAIR HUGGER. ¿SE ACEPTA?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando la manta sea de cuerpo superior.
7	ANEXO NUMERO 1 PARTIDA 13 CLAVE 379 203 0151 00 01 MANTA REFLEJANTE DEBAJO DEL CUERPO. PRESENTACION: CAJA CON 40 PIEZAS. . PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.803.0029 SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SABANA TERMONEUMATICA DESECHABLE, .TAMAÑO: 74 X 36 PULG (188 X 91 CM), PESO: 142 G. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 545. PARA SU USO EN EL EQUIPO: SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. CLAVE: 531.803.0029. MARCA: 3M. MODELO: BAIR HUGGER. ¿SE ACEPTA?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando la manta sea para su uso debajo del cuerpo.
8	ANEXO NUMERO 1 PARTIDA 14 CLAVE 379 203 0060 00 01 MANTA TERMICA PEDIATRICA. PRESENTACION: CAJA CON 40 PIEZAS. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.803.0029SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SABANA TERMONEUMATICA DESECHABLE, .TAMAÑO: 60 X 32 PULG (152 X 81 CM), PESO: 135 G. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 550. PARA SU	Se acepta sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando la manta sea para uso pediátrico.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	USO EN EL EQUIPO: SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. CLAVE: 531.803.0029. MARCA: 3M. MODELO: BAIR HUGGER. ¿SE ACEPTA?	

2.- MEDICAL RECOVERY, S.A DE C.V.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Respecto a la licitación número LA-050GYR011-E329-2022, anexo 1. Solicitamos a la convocante nos aclare si en el renglón 8, basado en las necesidades del área médica y los conceptos de ahorro para la institución, se deben cotizar los recolectores con capacidad de 500 y 1000 ml., como lo especifica la convocante. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcto se debe cotizar de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.
2	Respecto a la licitación número LA-050GYR011-E329-2022, anexo 1. Solicitamos a la convocante nos aclare si en el renglón 8, el kit para abdomen abierto deberá tener brazos en forma de estrella encapsulados, que puedan llegar a la parte más distal del abdomen manteniendo la presión en estos brazos que permita el retiro de líquido infecciosos de la cavidad y no sólo concentre la presión en el centro del abdomen. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se podrá ofertar de acuerdo a casa fabricante siempre y cuando se cumplan los requerimientos técnico-médicos solicitados por la convocante por cada clave. Dicha evaluación técnica se realiza al revisar las propuestas técnicas ofertadas y verificarlas en los catálogos referenciados para ello.
3	Respecto a la licitación número LA-050GYR011-E329-2022, anexo 1. Solicitamos a la convocante nos confirme si en el renglón 8 los equipos para terapia de presión negativa que serán entregados para las unidades de salud deben ser compatibles con el 100% de las partidas solicitadas por esta convocante, tanto para presión negativa convencional como presión negativa con instilación. ¿Es correcta mi apreciación?	Los equipos a comodato a ofertar en efecto deben ser compatibles con todas las claves que abarcan la partida unificada en cuestión.
4	Respecto a la licitación número LA-050GYR011-E329-2022, anexo 1. Esta convocante solicita apósito de poliuretano impregnado de plata para poder realizar terapia de presión negativa antimicrobiana que es eliminar el exudado, generar tejido de granulación y descontaminar las heridas todo en un mismo tiempo y no interponer otro producto de la clave 060 que evite el crecimiento de tejido de granulación y con esto prolongar el tiempo de la terapia en el paciente así como incrementar el costo de la misma. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se podrá ofertar de acuerdo a casa fabricante siempre y cuando se cumplan los requerimientos técnico-médicos solicitados por la convocante por cada clave. Dicha evaluación técnica se realiza al revisar las propuestas técnicas ofertadas y verificarlas en los catálogos referenciados para ello.

3.- CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A. de C.V.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2.1 CALIDAD SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS PARTIDAS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, PERMITAN PRESENTAR EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION SEGÚN ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO DE	Se acepta siempre y cuando esté perfectamente referenciado en el listado con el número de partida a la que pretenden solventar con el mismo. De cualquier modo, se verificara que en efecto el consumible referenciado, no requiera registro sanitario.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	FECHA 22/12/2014. FAVOR DE ACEPTAR SIENDO QUE ESTE ACUERDO ES DE CARÁCTER FEDERAL Y SE ENCUENTRA VIGENTE.	
2	NUMERAL 3.1. TIPO DE ABASTECIMIENTO. DICE: UNA SOLA FUENTE DE ABASTO. ES CORRECTO OFERTAR SOLO LAS PARTIDAS QUE SEAN DE NUESTRO INTERES Y NO EL REQUERIMIENTO COMPLETO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR	Es correcta su apreciación. El tipo de abastecimiento será de una sola fuente de abasto por partida.
3	NUMERAL 6 INCISO G RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL, SE SOLICITA QUE LA CARTA DE APOYO, PUEDA PRESENTARSE DE LOS IMPORTADORES O DISTRIBUIDORES QUE APARECEN EN EL REGISTRO SANITARIO. FAVOR DE ACEPTAR EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA.	Se acepta toda vez que al aparecer en el registro sanitario, se demuestra relación comercial con el fabricante tal y como es solicitado por la convocante. Lo anterior sin ser obligatorio para los demás participantes.
4	NUMERAL 6 INCISO G DICE: EN CASO DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE O DEL TITULAR DE REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR PRIMARIO (QUE DEMUESTRE RELACIÓN ACTUAL CON EL FABRICANTE) PREGUNTA: PODRIA INDICAR LA CONVOCANTE COMO SE DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO. FAVOR DE ACLARAR	Precisamente por eso se solicitan las cartas a fin de demostrar relación comercial con el fabricante. Se demuestra con las propias cartas de apoyo.
5	NUMERAL 6.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA FRACCION IV NOTA: ES CORRECTO QUE SOLO AQUELLOS LICITANTES QUE NO CUENTAN CON NUMERO DE PROVEEDOR ANTE EL IMSS DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA NOTA DE DICHA FRACCION. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Es correcta su apreciación.
6	NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA FRACCION II SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA PRESENTACION DE CATALOGOS SEA OPCIONAL SIENDO QUE SE PRESENTAN MUESTRAS FISICAS PARA LA EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES A OFERTADOS, EN TODO CASO ES LA MEJOR FORMA DE EVALUAR LO QUE SE OFERTARA. FAVOR DE CONSIDERAR.	No se acepta. Existen características que no se pueden apreciar a simple vista y deben aparecer en los catálogos presentados.
7	NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA INCISO VI RESPECTO A LA ENTREGA DE MUESTRAS FISICAS, SE SOLICITA QUE ESTAN SEAN PRESENTADAS DE MANERA REPRESENTATIVA ES DECIR UNA SOLA PIEZA Y NO EN LA PRESENTACION SOLICITADA. FAVOR DE ACEPTAR EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA.	Se acepta sin ser obligatorio para los demás participantes
8	NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA INCISO VI SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITAN QUE LA ENTREGA DE MUESTRAS PUEDA SER POR SERVICIO DE PAQUETERIA ADJUNTANDO EL LISTADO DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO HACER HONEROSO PRESENTARLAS DE	Se acepta su propuesta.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
**ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.**

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	MANERA PRESENCIAL. CON LA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE DE DAR SEGUIMIENTO PARA UNA ENTREGA OPORTUNA Y ACORDE A LOS TIEMPOS. FAVOR DE ACEPTAR EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA	
9	NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA INCISO VI EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR FUESE EN SENTIDO POSITIVO, SE SOLICITA AMABLEMENTE INDIQUEN LA PERSONA QUE RECIBE LAS MUESTRAS, CORREO ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO, SIENDO QUE ASI LO SOLICITA EL SERVICIO DE PAQUETERIA Y TAMBIEN CON LA FINALIDAD DE RECABAR EL ACUSE DIGITAL DE DICHAS MUESTRAS E INCLUIRLO EN NUESTRA PROPUESTA.	Favor de dirigir su correspondencia a la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, con atención a la Lic. Claudia I. Rosado Basulto. Correo electrónico: claudia.rosado@imss.gob.mx Número telefónico: (999)9402568 ext. 61523
10	NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA INCISO VI LE PREGUNTO A LA CONVOCANTE SI LAS MUESTRAS FISICAS PRESENTADAS SERAN DE CARÁCTER DEVOLUTIVO, EN CASO AFIRMATIVO FAVOR DE INDICAR CUAL SERA EL PROCESO PARA RECUPERAR DICHAS MUESTRAS. FAVOR DE ACLARAR.	Se da respuesta con las aclaraciones generales por parte de la convocante.
11	NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA INCISO VI SE ENTIENDE QUE NO SE DEBEN PRESENTAR MUESTRAS FISICAS DE LOS EQUIPOS A COMODATO SEGÚN CORRESPONDA Y QUE SOLO DEBEMOS PRESENTAR EL CATALOGO, FICHAS TECNICAS O MANUALES EN NUESTRA PROPUESTA TECNICA, PARA REFERENCIAR LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE DICHOS EQUIPOS. ES CORRECTA NUESTRA	Es correcto.
12	ANEXO NÚMERO 1 BIS (UNO BIS) PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS SEA AL MENOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, CONSIDERANDO QUE LA MAYORIA DE LOS BIENES SOLICITADOS EN EL PRESENTE EVENTO SON DE IMPORTACION. FAVOR DE ACEPTAR EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA.	No se acepta, deberá apegarse a los plazos de entrega establecidos en la presente convocatoria.
13	ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA: 3 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE EN SU TOTALIDAD, SIENDO QUE SOLICITAN VALVULA REUSABLE Y ESE TIPO DE CIRCUITO NO EXISTE CON AMBAS CARACTERISTICAS. FAVOR DE ACEPTAR.	Se acepta sin ser obligatorio para los demás participantes. El circuito a ofertar deberá contar con la válvula solicitada.
14	ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA: 32 SIENDO QUE LA DESCRIPCION SOLICITADA ES DE UNA MARCA EN ESPECIFICO, LE PREGUNTO A LA CONVOCANTE SI DEBEMOS OFERTAR EL CIRCUITO SOLICITADO COMPATIBLE CON EL HUMIDIFICADOR DE LA MARCA IDEM, O SE PUEDE OFERTAR DICHO CIRCUITO COMPÁTIBLE CON LOS HUMIDIFICADORES FISHER & PAYKEL. FAVOR DE ACLARAR.	Las claves solicitadas son extraídas del cuadro básico del instituto y son solicitadas por las áreas médicas de acuerdo a sus necesidades técnico médicas. Siempre se pueden ofertar casas comerciales distintas, siempre y cuando se cumpla técnicamente con lo solicitado por cada clave y sea aceptado por los evaluadores técnicos (área médica) en el momento de la evaluación





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
15	<p>ANEXO I REQUERIMIENTO PARTIDA: 31 Para no limitar la libre participación, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar nuestra tecnología para administración de CPAP de burbuja para pacientes neonatales, la cual cumple la función de administrar la terapia de presión positiva continua en la vía aérea con un sistema de humidificación y temperaturas óptimas; conformado por las claves: 379.817.0282.00.00 SISTEMA CPAP DE BURBUJA INCLUYE GENERADOR DE CPAP DE BURBUJAS, CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO, CAMARA DE HUMIDIFICACION, TUBULADURA DE PRESION AJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O, VALVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE PRESION. PARA INTERFACE FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC161-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850 379.458.0047.00.00 INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 50 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC190. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850 379.615.0120.00.00 MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO CHICO PARA PACIENTES MENORES A 1 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC800-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850 ó 379.744.1494.00.00 PRONG NASAL, PUNTAS PARA CPAP NASAL DE SILICONA SUAVE DIVERSAS MEDIDAS, 3.0 MM DIAMETRO DE NARINAS, 2.0 MM SEPARACION SEPTUM. COMPATIBLES CON INTERFACE FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC3020-10. PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850. 379.403.0399.00.00 BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 17-22CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC300-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850 Lo anterior conformado por 15 cajas de la clave 379.817.0282.00.00, 30 cajas de la clave: 379.458.0047.00.00, 15 cajas de la clave: 379.615.0120.00.00 ó 15 cajas de la clave:</p>	<p>técnica. Siempre se pueden ofertar casas comerciales distintas, siempre y cuando se cumpla técnicamente con lo solicitado por las áreas médicas, por cada clave y sea aceptado por los evaluadores técnicos (área médica) en el momento de la evaluación técnica. Los equipos a comodato a ofertar deben ser compatibles con todas las claves que abarcan la partida unificada en cuestión.</p>





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	379.744.1494.00.00, y 30 cajas de la clave: 379.403.0399.00.00. Lo que conforma la totalidad, con nuestra tecnología, de lo solicitado por la convocante en esta partida. ¿Se acepta?	
16	<p>ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA: 31</p> <p>Para no limitar la libre participación, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar nuestra tecnología para administración de CPAP de burbuja para pacientes neonatales, la cual cumple la función de administrar la terapia de presión positiva continua en la vía aérea con un sistema de humidificación y temperaturas óptimas; conformado por las claves:</p> <p>379.817.0282.00.00 SISTEMA CPAP DE BURBUJA INCLUYE GENERADOR DE CPAP DE BURBUJAS, CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO, CAMARA DE HUMIDIFICACION, TUBULADURA DE PRESION AJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O, VALVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE PRESION. PARA INTERFACE FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC161-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850</p> <p>379.458.0047.00.00 INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 50 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC190. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850</p> <p>379.615.0138.00.00 MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO MEDIANO PARA PACIENTES DE HASTA 1.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC801-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850 ó</p> <p>379.744.1494.00.00 PRONG NASAL, PUNTAS PARA CPAP NASAL DE SILICONA SUAVE DIVERSAS MEDIDAS, 3.0 MM DIAMETRO DE NARINAS, 2.0 MM SEPARACION SEPTUM. COMPATIBLES CON INTERFAZ FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC3020-10. PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850.</p> <p>379.403.0407.00.00 BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 22-25 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC303-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850</p> <p>Lo anterior conformado por 15 cajas de la clave</p>	<p>Siempre se pueden ofertar casas comerciales distintas, siempre y cuando se cumpla técnicamente con lo solicitado por las áreas médicas, por cada clave y sea aceptado por los evaluadores técnicos (área médica) en el momento de la evaluación técnica. Los equipos a comodato a ofertar deben ser compatibles con todas las claves que abarcan la partida unificada en cuestión</p>





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	<p>379.817.0282.00.00, 30 cajas de la clave: 379.458.0047.00.00, 15 cajas de la clave: 379.615.0138.00.00 ó 15 cajas de la clave: 379.744.1494.00.00, y 30 cajas de la clave: 379.403.0407.00.00. Lo que conforma la totalidad, con nuestra tecnología, de lo solicitado por la convocante en esta partida. ¿Se acepta?</p> <p>De la partida No. 31 clave SAI: 379.200.3869.00.01, para no limitar la libre participación, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar nuestra tecnología para administración de CPAP de burbuja para pacientes neonatales, la cual cumple la función de administrar la terapia de presión positiva continua en la vía aérea con un sistema de humidificación y temperaturas óptimas; conformado por las claves:</p> <p>379.817.0282.00.00 SISTEMA CPAP DE BURBUJA INCLUYE GENERADOR DE CPAP DE BURBUJAS, CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO, CAMARA DE HUMIDIFICACION, TUBULADURA DE PRESION AJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O, VALVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE PRESION. PARA INTERFACE FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC161-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850</p> <p>379.458.0054.00.00 INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 70 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC191. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850</p> <p>379.615.0146.00.00 MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO GRANDE PARA PACIENTES DE HASTA 2.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC802-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850 ó</p> <p>379.744.1510.00.00 PRONG NASAL, PUNTAS PARA CPAP NASAL DE SILICONA SUAVE DIVERSAS MEDIDAS, 4.0 MM DIAMETRO DE NARINAS, 3.0 MM SEPARACION SEPTUM. COMPATIBLES CON INTERFAZ FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC4030-10. PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850.</p> <p>379.403.0407.00.00 BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 22-25 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC303-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850</p> <p>Lo anterior conformado por 15 cajas de la clave</p>	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	379.817.0282.00.00, 30 cajas de la clave: 379.458.0054.00.00, 15 cajas de la clave: 379.615.0146.00.00 ó 15 cajas de la clave: 379.744.1510.00.00, y 30 cajas de la clave: 379.403.0407.00.00. Lo que conforma la totalidad, con nuestra tecnología, de lo solicitado por la convocante en esta partida. ¿Se acepta?	
17	<p>ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA: 31</p> <p>Para no limitar la libre participación, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar nuestra tecnología para administración de CPAP de burbuja para paciente infantil, la cual cumple la función de administrar la terapia de presión positiva continua en la vía aérea con un sistema de humidificación y temperaturas óptimas; conformado por las claves:</p> <p>379.817.0282.00.00 SISTEMA CPAP DE BURBUJA INCLUYE GENERADOR DE CPAP DE BURBUJAS, CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO, CAMARA DE HUMIDIFICACION, TUBULADURA DE PRESION AJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O, VALVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE PRESION. PARA INTERFACE FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC161-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850</p> <p>379.458.0062.00.00 INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 100 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC192. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850</p> <p>379.615.0146.00.00 MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO GRANDE PARA PACIENTES DE HASTA 2.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC802-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850 ó</p> <p>379.744.1544.00.00 PRONG NASAL, PUNTAS PARA CPAP NASAL DE SILICONA SUAVE DIVERSAS MEDIDAS, 5.0 MM DIAMETRO DE NARINAS, 5.0 MM SEPARACION SEPTUM. COMPATIBLES CON: INTERFAZ FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC5050-10. PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850.</p> <p>379.403.0423.00.00 BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 29-36 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC309-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACION. CLAVE: 531.480.0128.</p>	Siempre se pueden ofertar casas comerciales distintas, siempre y cuando se cumpla técnicamente con lo solicitado por las áreas médicas, por cada clave y sea aceptado por los evaluadores técnicos (área médica) en el momento de la evaluación técnica. Los equipos a comodato a ofertar deben ser compatibles con todas las claves que abarcan la partida unificada en cuestión





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850 Lo anterior conformado por 6 cajas de la clave 379.817.0282.00.00, 12 cajas de la clave: 379.458.0062.00.00, 6 cajas de la clave: 379.615.0746.00.00 ó 6 cajas de la clave: 379.744.1544.00.00, y 12 cajas de la clave: 379.403.0423.00.00. Lo que conforma la totalidad, con nuestra tecnología, de lo solicitado por la convocante en esta partida. ¿Se acepta?	
18	ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA: 99 EQUIPO COMODATO Del equipo a ofertar en calidad de comodato para las claves SAI:526.080.2946.00.00 y 379.808.8195.00.00, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo con peso <1.36 kg. Lo anterior no afecta en el óptimo funcionamiento del equipo y manejo del mismo ya que se movilizaría mediante una base con ruedas, según lo solicitado por la convocante, ¿Se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás participantes.
19	ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA: 99 EQUIPO COMODATO Del equipo a ofertar en calidad de comodato para las claves SAI:526.080.2946.00.00 y 379.808.8195.00.00, se solicita amablemente a la convocante permita ofertar tecnología con rango de medición de SpO2 del 0 al 100%. Lo anterior no interfiere en la precisión de la medición de SpO2 y no afecta en la correcta y óptima detección de tamizaje cardiaco neonatal. ¿Se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás participantes.

Posteriormente, siendo las 14:26 horas del día 13 de octubre de 2022, según registro del sistema, la Convocante procede a enviar en este momento, a través de CompraNet, las aclaraciones generales así como las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas por esta vía, informándose a los licitantes que cuentan con un plazo de seis horas para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas, por lo que el plazo vence a las 20:27 horas de esta propia fecha.

En virtud del horario de vencimiento del plazo establecido anteriormente, se decreta un receso para continuar con la presente junta de aclaraciones a las 08:00 horas del 14 de octubre de 2022, lo cual fue informado mediante mensaje a través del sistema CompraNet.

Siendo las 08:00 horas del día 14 de octubre de 2022, habiendo vencido el referido plazo otorgado, se reanuda la presente Junta de Aclaraciones y se hace constar que no se recibieron preguntas con relación a las respuestas dadas por la convocante.

También se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento en su fracción VI, el licitante "Medical Advanced Supplies, S.A. de C.V." presenta nuevas solicitudes de aclaración en la presente junta, por lo que la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta, en virtud de que no formula repreguntas en relación con alguna de las respuestas otorgadas a las preguntas originalmente enviadas en





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

tiempo, sino que se trata de cuestionamientos totalmente nuevos e independientes, en tal virtud resultan extemporáneos.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127-B, de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, en donde se fijará una copia del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 09:30 horas, del día 14 de octubre del año 2022.

Esta Acta consta de 13 (trece) hojas y 12 (doce) hojas de preguntas enviadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

POR LOS LICITANTES:

SIN ASISTENCIA. (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. CARLOS AHMED AGUILAR CASTILLEJOS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ.	JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-050GYR011-E329-2022
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2022.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. CLAUDIA IVETTE ROSADO BASULTO	N47 LÍDER DE PROYECTO.	
I.B. ULISES TONATIUH AMADO GÓMEZ	COORDINADOR DE INGENIERIA BIOMÉTRICA	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SIN ASISTENCIA

----- FIN DEL ACTA -----

