



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 10:00 horas del día 05 de Mayo de 2022, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en la calle 44, número 999, por las calles 127 y 127 B de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento); así como en el numeral 4 de la Convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Juan Francisco Cisneros García, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del Área Requiriente adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, el cual solventó las preguntas de carácter técnico y por los representantes del área contratante, adscritos a la propia Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y los escritos de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	1	1
2	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	32	6

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, se hace constar que a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo como observador.

La convocante realizó las siguientes aclaraciones a la Convocatoria a la Licitación:

A SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRIENTE, SE SEÑALA QUE LA CLAVE 533.224.0653 CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE CONTENIDA EN EL ANEXO T2 (T DOS) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS NO SE ENCUENTRA CONSIDERADA PARA EQUIPAMIENTO EN NINGUNA DE LAS UNIDADES, **POR LO QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA** EL NO EXHIBIR ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL **ANEXO T2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS"**, QUE TENGA RELACIÓN CON DICHA CLAVE.

Posteriormente, la convocante procedió a otorgar las respuestas a las solicitudes de aclaración a la convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

1.- LICITANTE: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PREGUNTA 1	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBE





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

Table with 3 columns: No., PREGUNTA, RESPUESTA. Row 1: Question about service conditions and equipment; Answer: Offer in established conditions.

2.- LICITANTE: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.

Table with 3 columns: No., PREGUNTA, RESPUESTA. Rows 1-5: Questions regarding specific information, sanitary registration, and manufacturing certificates.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
	PERMITA OFERTAR TRADUCCION SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS QUE VENGAN EN IDIOMA DE ORIGEN. SE ACEPTA MI PROPUESTA?	
6	NUMERAL 6. INCISO C) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA ESTE PUNTO Y POR QUE MI REPRESENTADA NO ES DE CARÁCTER MYPIMES, ME PERMITA PRESENTAR EL ANEXO NUMERO 4 (CUATRO), CON LA LEYENDA "NO APLICA" EN MARCA DE AGUA. SE ACEPTA MI PETICION?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
7	NUMERAL 6. INCISO D) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN ESTE PUNTO EN CASO DE NO TENER PARTICIPACION CONJUNTA, PRESENTAR EL ANEXO NUMERO 2 (DOS), CON LA LEYENDA "NO APLICA" EN MARCA DE AGUA. SE ACEPTA MI PETICION?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
8	NUMERAL 6. INCISO III SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE EL FOLIADO DE LAS HOJAS DE NUESTRA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA SERA DE MANERA INDIVIDUAL, ES DECIR LA TECNICA COMENTARA CON EL NUMERO 0 Y LA ECONOMICA TAMBIEN COMENZARA CON EL NUMERO 0. ES CORRECTA MI APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
9	NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES EL ANEXO NUMERO 1 A (UNA A) YA QUE NO SE ENCUENTRA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. FAVOR DE ACLARAR.	SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA 31 DE LA CONVOCATORIA, DENOMINADO "TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN PARA EL EJERCICIO 2022".
10	NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO 1 (UNO) RELACIONES LABORALES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE APARTADO QUE FORMA PARTE DEL ANEXO 1 (UNO), NO FORMA PARTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, YA QUE HACE MENCION A QUE EL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022, EL LICITANTE ESTA OBLIGADO A PRESTAR EL SERVICIO CON PERSONAL PROPIO Y ALTAMENTE CALIFICADO. ES CORRECTA MI APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ESTE APARTADO APLICA PARA CUANDO EL SERVICIO LO REALIZA CON PERSONAL DE LA EMPRESA LICITANTE, LO CUAL NO APLICA EN ESTE CASO, YA QUE LOS PROCESOS LOS REALIZA PERSONAL PROPIO DEL INSTITUTO.
11	NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO 1 (UNO) RELACIONES LABORALES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO 1 (UNO), ÉL LICITANTE ADJUDICADO NO ESTARA OBLIGADO A PROPORCIONAR EL SERVICIO CON PERSONAL PROPIO Y ALTAMENTE CALIFICADO Y QUE ESE PERSONAL ESTARA BAJO NUESTRA SUBORDINACION, YA QUE LA PRESENTE LICITACION ES CON PERSONAL DEL INSTITUTO. ES CORRECTA MI APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ESTE APARTADO APLICA PARA CUANDO EL SERVICIO LO REALIZA CON PERSONAL DE LA EMPRESA LICITANTE, LO CUAL NO APLICA EN ESTE CASO, YA QUE LOS PROCESOS LOS REALIZA PERSONAL PROPIO DEL INSTITUTO.
12	NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS REFERENCIACIONES EN LOS ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS Y MANUALES DEL FABRICANTE, NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LAS PAGINAS EN DONDE SE REALICE LA REFERENCIACION, ESTO PARA NO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. LA DOCUMENTACION DEBERÁ ESTAR COMPLETA Y, EN CASO DE ESTAR EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SE DEBERÁ ACOMPAÑAR SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
	SATURAR LO MAXIMO ALCANZABLE EN LA PLATAFORMA COMPRANET DE PESO DE LOS ARCHIVOS. SE ACEPTA MI PROPUESTA?	PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.
13	<p>NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA EN CASO DE QUE ALGUN DOCUMENTO DE REFERENCIACION VENGA EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, PRESENTAR TRADUCCION SIMPLE DE LA PAGINA EN DONDE SE REALICE ESTA REFERENCIACION. SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
14	<p>NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO" 533.224.0653 CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE PARA QUE UNIDAD SERA ASIGNADA ESTE EQUIPO. YA QUE EN EL ANEXO T2.1 EQUIPAMIENTO, NO VIENE ASIGNADA NI SOLICITADO DICHO EQUIPAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA CLAVE 533.224.0653 CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE NO SE ENCUENTRA CONSIDERADA PARA EQUIPAMIENTO EN NINGUNA DE LAS UNIDADES, COMO SE MENCIONA EN LA ACLARACIÓN GENERAL POR PARTE DE LA CONVOCANTE.
15	<p>NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO" 533.224.0653 CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ESTE EQUIPO NO SEA REQUERIDO COMO ESTA EN EL ANEXO T2.1 EQUIPAMIENTO, NO ACLARE QUE NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTARLO EN NUESTRA PROPUESTA TECNICA. ES CORRECTA MI APRECIACION?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA CLAVE 533.224.0653 CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE NO SE ENCUENTRA CONSIDERADA PARA EQUIPAMIENTO EN NINGUNA DE LAS UNIDADES, COMO SE MENCIONA EN LA ACLARACIÓN GENERAL POR PARTE DE LA CONVOCANTE.
16	<p>NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO" 533.224.0653 CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE. PUNTO 1</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO MICROTUBO CONICO DE 1,5/2 ML Y TUBO CONICO DE 50 ML. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
17	<p>NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO" 533.224.0653 CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE. PUNTO 2</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO CAPCIDAD DEL ROTOR DE 4 X 400 ML. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
18	<p>NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO" 533.224.0653 CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE. PUNTO 3</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO:</p> <p>-TUBO DE RECOGIDA DE SANGRE DE 10 ML. -TUBO DE RECOGIDA DE SANGRE DE 5/7ML. -DIMENSIONES MAX. DEL TUBO 13 X 110 MM. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
19	<p>NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO" 533.224.0653 CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE. PUNTO 4</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO CAMARA DE CENTRIFUGACION DE ACERO INOXIDABLE. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
20	<p>NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO" 533.224.0653 CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE. PUNTO 7</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, INTERVALO MAX. DEL TEMPORIZADOR: 9 HORAS, 59 MINUTOS + MODO CONTINUO. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
21	<p>NUMERAL 6.2 PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO"</p> <p>Se solicitan características relativas a Refacciones, accesorios, consumibles, instalación, operación, mantenimiento, y batería y regulador, con leyendas como las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refacciones: de acuerdo a marca y modelo. Accesorios: deberá incluir el sillón de acuerdo a marca y modelo y necesidades. • REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.. • Refacciones: Las unidades médicas las seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. • Refacciones: de acuerdo a su compa compatibilidad con la marca y modelo de equipo. • Refacciones: de acuerdo a marca y modelo. • Consumibles: de acuerdo a marca y modelo y necesidades operativas de la unidad. • ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. • Accesorios: de acuerdo a la marca y modelo del equipo. • Accesorios de acuerdo a la marca y modelo del equipo y a las necesidades de las unidades médicas. • CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. • Consumibles: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Accesorios: las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y el modelo del equipo. • Consumibles de acuerdo a la marca y modelo del equipo y a las necesidades de las unidades médicas. • Consumibles: de acuerdo a marca y modelo y necesidades operativas de la unidad. • Operación: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. • OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. 	SE ACEPTA SU PROPUESTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

Table with 3 columns: No., PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains 6 rows of questions and answers regarding technical specifications for a blood bank service.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

No.	PREGUNTA	RESPUESTA
		MERCURIO DE ALTA PRECISIÓN, CON VARIACIONES DE $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$. DIMENSIONES DE ACUERDO A NECESIDADES.
27	ANEXO T6.1 BIENES DE CONSUMO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PAR DAR CUMPLIMIENTO, FOTOS DE LOS PRODUCTOS: TUBO DE ENSAYE, VIDRIO REFRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSIONES DE 12 X 75 MM. PIPETA PASTEUR DE 9 MM. BULBO PARA PIPETA PASTEUR. PIZETA DE 250 ML Y/O 500 ML. SOLUCION SALINA ISOTONICA AL 0.9%. COMO CATALOGO DE DICHS PRODUCTOS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
28	ANEXO T6.1 BIENES DE CONSUMO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SERA NECESARIO PRESENTAR UNA SOLA VEZ LOS BIENES DE CONSUMO CON CLAVE 080.783.4668, 080.081.0368, 080.725.4487 Y 080.610.2885, YA QUE SE ENCUENTRAN REPETIDOS EN EL LISTADO DEL ANEXO T6.1 BIENES DE CONSUMO. ES CORRECTA MI APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
29	ANEXO T6.1 BIENES DE CONSUMO CLAVE 080.081.0236 LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1) PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO A1, FRASCO DE 2 ML SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1) PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO A1, FRASCO DE 5 ML. SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROUESTA.
30	ANEXO T6.1 BIENES DE CONSUMO CLAVE 080.081.0244 LECTINA ANTI H (FITOAGLUTININA), FRASCO CON 2 ML SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LECTINA ANTI H (FITOAGLUTININA), FRASCO CON 5 ML.	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
31	ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO 2022 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS PREUBAS CON CLAVE 50.04.009 GRUPO SANGUINEO ABO (PRUEBA DIRECTA E INVERSA) Y RH. TECNICA MANUAL Y 50.04.010 PRUEBA CRUZADA (MANUAL), SE REALIZARA DE MANERA MANUAL ES DECIR, EN TUBO DE VIDRIO Y POR LO TANTO SE ENTREGARA LOS EQUIPOS "CENTRIFUGA MANUAL DE MESA (SEROFUGE) Y BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA. ES CORRECTA MI APRECIACION?	SU APRECIACIÓN ES INCORRECTA. VERIFICAR ANEXO T2.1 (T DOS PUNTO UNO) EQUIPAMIENTO.
32	ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO 2022 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE ENTONCES NO SERA NECESARIO EL "EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA" PARA LAS UNIDADES A LAS CUALES LO ESTAN SOLICITANDO, EN EL ENTENDIDO QUE ESTE EQUIPO ES PARA TRABAJAR CON TARJETAS DE GEL O CASSETE. ES CORRECTA MI APRECIACION?	SU APRECIACIÓN ES INCORRECTA. VERIFICAR ANEXO T2.1 (T DOS PUNTO UNO) EQUIPAMIENTO.

Seguidamente, se procedió a enviar a través de CompraNet, siendo las **10:33 horas**, según el registro que marca dicho sistema, la contestación a las solicitudes de aclaración recibidas en tiempo y forma por los interesados por esta mencionada vía, haciéndoles saber a los licitantes que cuentan con un plazo de seis horas a partir del horario de



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022**

transmisión de las respuestas remitidas, para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las mismas, por lo que el horario de vencimiento para formularlas es a las **16:33 horas** del día **05 de Mayo de 2022**.

Siendo las 16:40 horas del día 05 de Mayo de 2022, habiendo vencido el referido plazo otorgado, se reanuda la presente Junta de Aclaraciones y se hace constar que se recibieron preguntas con relación a las respuestas remitidas, por parte del siguiente licitante:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	13	3

En virtud del número de preguntas recibidas a las respuestas remitidas por esta Convocante y a la complejidad de las mismas, se decreta un receso para continuar con la presente Junta de Aclaraciones a las 09:00 horas del 09 de Mayo de 2022, lo cual fue informado mediante mensaje a través del sistema CompraNet.

Siendo las 09:00 horas del día 09 de Mayo de 2022, se reanuda la presente Junta de Aclaraciones, y se procedió al análisis de las preguntas adicionales, a fin de proporcionar las respuestas, como se indica a continuación:

No. DE PREGUNTA ORIGINAL	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
2	<p>NUMERAL 2.1 CALIDAD PUNTO II REGISTRO SANITARIO. INCISO a)</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PRESENTAR ÚNICAMENTE LA PRIMERA PAGINA Y LA PAGINA DONDE SE HAGA LA REFERENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, PARA AQUELLOS EQUIPOS Y BIENES DE CONSUMO OFERTADOS QUE NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO POR SER CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO. SE ACEPTA?</p>	<p>EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS Y BIENES DE CONSUMO OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, PODRÁ PRESENTAR EN SU PARTE CONDUENTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO, EL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFCTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.</p>	<p>DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 2 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS RATIFIQUE SI SU RESPUESTA SE REFIERE A QUE SOLAMENTE PRESENTEMOS LA PRIMERA PAGINA Y LA PAGINA DONDE SE HAGA REFERENCIA EL EQUIPO Y/O BIENES DE CONSUMO OFERTADO. ESTO DEBIDO A QUE TODO EL DIARIO OFICIAL CUENTA CON 50 PAGINAS Y ESTO IMPLICARÍA MÁS PESO DE CARGA EN EL PORTAL DE COMPRANET. POR LO QUE SOLO METER LA PRIMERA PAGINA Y LA PAGINA DONDE ESTE REFERENCIADO DICHO EQUIPO O BIEN DE CONSUMO EVITARÍA LA SOBRECARGA DEL PESO EN COMPRANET. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
3	<p>NUMERAL 2.1 CALIDAD PUNTO II REGISTRO SANITARIO. INCISO c)</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTE PUNTO</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DE PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA O ISO 13485.</p>	<p>DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 3 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE SE ACEPTARA COPIA SIMPLE</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. PODRÁ PRESENTARSE COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, ISO</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

No. DE PREGUNTA ORIGINAL	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
	PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, ISO 13485 Ó ISO 9001 DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. SE ACEPTA MI PROPUESTA?		DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, ISO 13485 E ISO 9001 DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. YA QUE SU RESPUESTA SOLO MENCIONA LOS PRIMEROS DOS CERTIFICADOS. ES CORRECTA MI APRECIACION?	13485 E ISO 9001 DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.
12	NUMERAL 6.2. PROPOSICION TECNICA. ANEXO T2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS REFERENCIACIONES EN LOS ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS Y MANUALES DEL FABRICANTE, NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LAS PAGINAS EN DONDE SE REALICE LA REFERENCIACION, ESTO PARA NO SATURAR LO MAXIMO ALCANZABLE EN LA PLATAFORMA COMPRANET DE PESO DE LOS ARCHIVOS. SE ACEPTA MI PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. LA DOCUMENTACION DEBERÁ ESTAR COMPLETA Y, EN CASO DE ESTAR EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SE DEBERÁ ACOMPAÑAR SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 12 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA HAY EQUIPOS QUE NECESITAMOS REFERENCIAR EN SUS MANUALES DE OPERACIÓN O DE SERVICIO, LOS CUALES A VECES CONTIENEN 100-200 INCLUSO 500 PAGINAS, LO CUAL SERIA UN VOLUMEN ALTO EN PESO EN MEGAS PARA SUBIR AL SISTEMA COMPRANET, Y EN ALGUNAS OCASIONES SE HACE REFERENCIA A UNA SOLA PAGINA DE LAS 500 QUE SE TIENE. POR LO QUE SOLICITAMOS RECONSIDERE SU RESPUESTA, Y NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LAS PAGINAS DE LOS MANUALES DE OPERACION O DE SERVICIO DE LOS EQUIPOS A OFERTAR. SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBIENDO CONTENER DENTRO DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS, LAS PAGINAS CORRESPONDIENTES A LAS ESPECIFICACIONES A VALORAR DURANTE LA EVALUACIÓN TÉCNICA QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.
24	ANEXO T2.1 "EQUIPAMIENTO" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA QUE ESTAN SOLICITANDO PARA LAS UNIDADES HGR12 MERIDA, HGSZ3 MOTUL, HGSZ5 TIZIMIN Y HGSZ46 UMAN, NO SERAN REQUERIDOS NI SE TENDRAN QUE NI SE TENDRAN QUE INSTALAR EN DICHAS UNIDADES, TODA VEZ QUE TIENEN AUTORIZADOS LAS PRUEBAS SEGUN EL ANEXO T1 "REQUERIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO 2022" LAS CLAVES 50.04.009 Y 50.04.010 QUE SON PRUEBAS CON TECNICA MANUAL Y SE DEBERAN DE	SU APRECIACIÓN ES INCORRECTA. EL EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGÍA CLAVE 533.342.1500 CORRESPONDIENTE A EQUIPO MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS, ANTICUERPOS ANTIERITROCITOS, ANTIGLOBULINA HUMANA DIRECTA Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD POR AGLUTINACIÓN UTILIZANDO COMO SOPORTE O FASE SÓLIDA TARJETAS DE GEL, TARJETAS O CASSETTES DE PERLAS DE VIDRIO Y/O MICROPLACAS ESTABLECIDO EN EL ANEXO T2, DEBERÁ FORMAR PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA.	1) DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 24 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACLARE QUE PARA LAS UNIDADES HGSZ3 MOTUL, HGSZ5 TIZIMIN Y HGSZ46 UMAN, SOLAMENTE TIENEN SOLICITADAS LA PRUEBA 50.04.009 GRUPO SANGUINEO ABO (PRUEBA DIRECTA E INVERSA) Y RH. TECNICA MANUAL Y, Y ESTA TECNICA ES PARA REALIZARLA EN TUBO DE VIDRIO CON LOS REACTIVOS DEL ANEXO T6.1 BIENES DE CONSUMO CON CLAVE 080.835.0607 (ANTI A), 080.835.0102 (ANTI AB), 080.835.0615 (ANTI B), 080.835.0110 (ANTI RH (D) ALBUMINOSO), 080.081.4014 (CONTROL RH-HR), 080.081.0236 (LECTINA ANTI A1) Y 080.081.0244 (LECTINA ANTI H),	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR PARA LAS PRUEBAS 50.04.009 Y 50.04.010 LOS EQUIPOS CENTRIFUGA MANUAL DE MESA Y BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA, EN LUGAR DE EQUIPO MANUAL PARA INMUNOHEMATOLOGÍA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022**

No. DE PREGUNTA ORIGINAL	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
	<p>REALIZAR CON REACTIVOS PARA GRUPOS SANGUINEOS Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD CON TECNICA MANUAL. ES CORRECTA MI APRECIACION?</p>		<p>POR ENDE NO LES SERVIRIA UN EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA YA QUE ESTE ES FUNCIONAL PARA CENTRIFUGA E INCUBAR TARJETAS PARA LAS PRUEBAS AUTOMATIZADAS. FAVOR DE RECONSIDERARA Y ACLARAR SU RESPUESTA.</p> <p>2) DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 24 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS ACLARE QUE PARA LAS UNIDADES HGSZ3 MOTUL, HGSZ5 TIZIMIN Y HGSZ46 UMAN, SOLAMENTE TIENEN SOLICITADA LA PRUEBA 50.04.010 PRUEBA CRUZADA (MANUAL), Y ESTA TECNICA ES PARA REALIZARLA EN TECNICA DE TUBO DE VIDRIO CON LOS REACTIVOS DEL ANEXO T6.1 BIENES DE CONSUMO CON CLAVE 080.081.0368 (ANTIGLOBULINA HUMANA COOMBS) Y 080.725.4487 (ALBUMINA BOVINA), POR ENDE NO LES SERVIRIA UN EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA YA QUE ESTE ES FUNCIONAL PARA CENTRIFUGAR E INCUBAR TARJETAS PARA LAS PREUBAS AUTOMATIZADAS. FAVOR DE RECONSIDERARA Y ACLARAR SU RESPUESTA.</p> <p>3) EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRAS DOS PREGUNTAS ANTERIORES SEA QUE SIEMPRE SE TENDRA QUE INSTALAR EL EQUIPO 533.342.1500 EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA, ENTONCES A LAS UNIDADES HGSZ3 MOTUL, HGSZ5 TIZIMIN Y HGSZ46 DE UMAN, SE TENDRIA QUE REALIZAR LAS PRUEBAS 50.04.001 GRUPO SANGUINEO ABO (DIRECTA E INVERSA) Y RH. TECNICA AUTOMATIZADA Y 50.04.002 PRUEBA CRUZADA (AUTOMATIZADA) YA QUE ESTOS PROCEDMIENTOS SON REALIZADOS CON LAS TARJETAS</p>	<p>CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR PARA LAS PRUEBAS 50.04.009 Y 50.04.010 LOS EQUIPOS CENTRIFUGA MANUAL DE MESA Y BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA, EN LUGAR DE EQUIPO MANUAL PARA INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>DERIVADO DE LAS RESPUESTAS ANTERIORES, YA NO APLICA SU PREGUNTA.</p>





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

No. DE PREGUNTA ORIGINAL	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
			<p>PARA LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS, SEMIAUTOMATIZADOS Y MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGÍA. Y ESTO TAMBIÉN SIGNIFICARÍA UN INCREMENTO AL PRECIO, YA QUE NO ES LO MISMO LA OFERTA ECONÓMICA PARA LA TÉCNICA MANUAL (TUBO DE VIDRIO) A TÉCNICA AUTOMATIZADA (TARJETAS), Y ESTO NO FUE CONTEMPLADO Y/O CONSIDERADO EN EL ESTUDIO DE MERCADO QUE SE REALIZÓ ANTERIORMENTE. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN.</p>	
			<p>4) DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 24 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA LA UNIDAD HGRI2 DE MERIDA, EL CÓDIGO CORRECTO DE LA PRUEBA "GRUPO SANGUÍNEO ABO (PRUEBA DIRECTA E INVERSA) Y RH, TÉCNICA AUTOMATIZADA" ES EL 50.04.001 Y EL INCORRECTO ES EL 50.04.009. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA QUE LA CLV PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GRUPO SANGUÍNEO ABO (PRUEBA DIRECTA E INVERSA) Y RH. TÉCNICA AUTOMATIZADA" ES 50.04.001.</p>
25	<p>ANEXO T2.1 "EQUIPAMIENTO"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS UNIDADES HGSZ3 MOTUL, HGSZ5 TIZIMIN Y HGSZ46 UMAN, SE DEBERÁ DE ENTREGAR ÚNICAMENTE LOS EQUIPOS "CENTRÍFUGA MANUAL DE MESA" Y "BAÑO MARÍA CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA" ESTO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS CON CLAVE 50.04.009 Y 50.04.010 YA QUE SON CON TÉCNICA MANUAL. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p>	<p>SU APRECIACIÓN ES INCORRECTA. DEBERÁ OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO T2.1 (T DOS PUNTO UNO) EQUIPAMIENTO.</p>	<p>DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 25 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA, TODA VEZ QUE PARA LAS UNIDADES EN CUESTIÓN SOLAMENTE TIENEN AUTORIZADAS DESDE EL ESTUDIO DE MERCADO LAS PRUEBAS DE GRUPO SANGUÍNEO Y PRUEBAS CRUZADAS EN TÉCNICA MANUAL, Y PARA LA TÉCNICA MANUAL SE REQUIERE SOLAMENTE EL EQUIPO CENTRÍFUGA MANUAL DE MESA Y BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR PARA LAS PRUEBAS 50.04.009 Y 50.04.010 LOS EQUIPOS CENTRÍFUGA MANUAL DE MESA Y BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA, EN LUGAR DE EQUIPO MANUAL PARA INMUNOHEMATOLOGÍA</p>
26	<p>ANEXO T2.1 "EQUIPAMIENTO"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS, PARA EL</p>	<p>CLAVE: 533.119.0511 BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA, TINA Y CUBIERTA DE ACRÍLICO O ACERO INOXIDABLE, CON DESPLIEGUE DIGITAL DE LA</p>	<p>DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 26 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL</p>	<p>SE PROPORCIONAN LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO, EN EL ANEXO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.</p>





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

No. DE PREGUNTA ORIGINAL	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
	EQUIPO "BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA", TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.	TEMPERATURA, ENTRE TEMPERATURA AMBIENTE Y 80°C, THERMOSTATO DE MERCURIO DE ALTA PRECISIÓN, CON VARIACIONES DE ± 0.2°C. DIMENSIONES DE ACUERDO A NECESIDADES.	EQUIPO 533.119.0511 BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA. FAVOR DE ENVIAR.	
27	ANEXO T6.1 BIENES DE CONSUMO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PAR DAR CUMPLIMIENTO, FOTOS DE LOS PRODUCTOS: TUBO DE ENSAYE, VIDRIO REFRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSIONES DE 12 X 75 MM. PIPETA PASTEUR DE 9 MM. BULBO PARA PIPETA PASTEUR. PIZETA DE 250 ML Y/O 500 ML. SOLUCION SALINA ISOTONICA AL 0.9%. COMO CATALOGO DE DICHS PRODUCTOS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 27 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, TODA VEZ QUE ESOS BIENES DE CONSUMO NO CUENTAN CON CATALOGOS EN EL MERCADO POR LO QUE SOLICITAMOS NOS ACEPTEN ENTREGAR FOTOGRAFIAS DE ESOS BIENES DE CONSUMO Y UNA CARTA BAJO PROTESTA EN DONDE NOS COMPROMETEMOS A ENTREGARLO CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO T6.1 BIENES DE CONSUMO. SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO ENVIAR FOTOGRAFIAS DE ETIQUETAS, MEMBRETES O IMPRESIÓN EN CONTENEDOR (CAJA) EN DONDE SE OBSERVE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.
31	ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO 2022 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS PREUBAS CON CLAVE 50.04.009 GRUPO SANGUINEO ABO (PRUEBA DIRECTA E INVERSA) Y RH. TECNICA MANUAL Y 50.04.010 PRUEBA CRUZADA (MANUAL), SE REALIZARA DE MANERA MANUAL ES DECIR, EN TUBO DE VIDRIO Y POR LO TANTO SE ENTREGARA LOS EQUIPOS "CENTRIFUGA MANUAL DE MESA (SEROFUGE) Y BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA. ES CORRECTA MI APRECIACION?	SU APRECIACIÓN ES INCORRECTA. VERIFICAR ANEXO T2.1 (T DOS PUNTO UNO) EQUIPAMIENTO.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 31 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE PRUEBAS Y QUE EQUIPOS SE NECESITAN PARA REALIZAR LAS PRUEBAS CON CLAVE 50.04.009 Y 50.04.010 QUE SON TECNICAS MANUALES, EN EL ENTENDIDO QUE EL EQUIPO CON CLAVE 533.342.1500 EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA ES PARA SU USO CON TARJETAS Y SON PARA LAS CLAVES 50.04.001 Y 50.04.002 QUE SON TECNICAS AUTOMATIZADAS. FAVOR DE ACLARAR Y FUNDAMENTE SU RESPUESTA.	SE SEÑALA, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR PARA LAS PRUEBAS 50.04.009 Y 50.04.010 LOS EQUIPOS CENTRIFUGA MANUAL DE MESA Y BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA, EN LUGAR DE EQUIPO MANUAL PARA INMUNOHEMATOLOGÍA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022**

No. DE PREGUNTA ORIGINAL	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
32	<p>ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO 2022</p> <p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE ENTONCES NO SERA NECESARIO EL "EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA" PARA LAS UNIDADES A LAS CUALES LO ESTAN SOLICITANDO, EN EL ENTENDIDO QUE ESTE EQUIPO ES PARA TRABAJAR CON TARJETAS DE GEL O CASSETE. ES CORRECTA MI APRECIACION?</p>	<p>SU APRECIACIÓN ES INCORRECTA. VERIFICAR ANEXO T2.1 (T DOS PUNTO UNO) EQUIPAMIENTO.</p>	<p>1) DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 32 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE RATIFIQUE SU RESPUESTA Y NOS ACLARE SI SERA O NO NECESARIO EL EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA, EN EL ENTENDIDO QUE LAS UNIDADES DE HGSZ3 MOTUL, HGSZ5 TIZIMIN Y HGSZ46 DE UMAN, NO TIENE AUTORIZADAS LAS CLAVES 50.04.001 Y 50.04.002 QUE SON TECNICAS AUTOMATIZADAS QUE SE REALIZAN CON LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS, SEMIAUTOMATIZADOS Y MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA, RECORDANDO QUE EL EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA ES UNA CENTRIFUGA E INCUBADORA DE TARJETAS DE GEL O TARJETAS DE MICROESFERAS DE GEL. FAVOR QUE NOS ACLARE Y FUNDAMENTE SU RESPUESTA.</p> <p>2) DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NO. 32 DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO 533.342.1500 EQUIPO MANUAL DE INMUNOHEMATOLOGIA ES UN EQUIPO QUE CONTIENE DE UNA CENTRIFUGA E INCUBADORA DE TARJETAS DE GEL O TARJETAS DE MICROESFERAS DE GEL, POR LO QUE SIRVE PARA LAS PREUBAS AUTOMATIZADAS. Y QUE LA CENTRIFUGA MANUAL DE MESA Y EL BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA SIRVE PARA REALIZAR LAS PRUEBAS MANUALES EN TUBO DE VIDRIO CON LOS ANTISUEROS HEMOCLASIFICADORES, POR LO QUE ANTE ESTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS FUNDAMENTE SU RESPUESTA, TODA VES QUE NO ES LO MISMO TECNICA MANUAL A TECNICA AUTOMATIZADA, ESTO PARA LA PROPUESTA TECNICA Y SOBRE</p>	<p>SE SEÑALA, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR PARA LAS PRUEBAS 50.04.009 Y 50.04.010 LOS EQUIPOS CENTRIFUGA MANUAL DE MESA Y BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA, EN LUGAR DE EQUIPO MANUAL PARA INMUNOHEMATOLOGÍA</p> <p>DERIVADO DE LAS RESPUESTAS ANTERIORES, YA NO APLICA SU PREGUNTA.</p>





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

No. DE PREGUNTA ORIGINAL	PREGUNTA	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
			TODO LA PROPUESTA ECONOMICA.	

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el nuevo calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	18 de Mayo de 2022	11:00 hrs.
Acta de Fallo	25 de Mayo de 2022	13:00 hrs.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127-B, de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, en donde se fijará una copia del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Finalmente, se recuerda que el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social, de conformidad con el artículo 47 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 12:30 horas del día 09 de Mayo del año 2022.

Esta Acta consta de **15 (quince)** hojas, **7 (siete)** hojas de preguntas y **3 (tres)** hojas de repreguntas enviadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

POR LOS LICITANTES:

SIN ASISTENCIA (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. ANA KARLA ESCALANTE HERNÁNDEZ	SUPERVISOR DE PROYECTOS E2.	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
DRA. MARIA LUISA MEDINA AGUILAR	DIRECTORA DEL HGR No. 12 "LIC. BENITO JUAREZ"	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

SIN ASISTENCIA.

----- FIN DEL ACTA -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR011-E98-2022
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE, PARA EL EJERCICIO 2022

ANEXO

CLAVE:
533.119.0511
NOMBRE:
BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA

No.	Solicitado
1	Baño con motor para circular agua en forma continua.
2	Tina y cubierta de acrílico o acero inoxidable.
3	Despliegue digital de la temperatura, entre temperatura ambiente y 80°C.
4	Termostato de mercurio de alta precisión, con variaciones de + - 0.2°C.
5	Dimensiones de acuerdo a necesidades.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

