



DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-7-2024 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2024.

Después de analizar las propuestas técnicas presentadas y compararlas con lo requerido en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-50-GYR-050GYR011-N-7-2024 y realizar las verificaciones técnicas que se consideraron pertinentes, conforme al contenido de esta, se concluye lo siguiente:

Se relaciona a los licitantes cuya propuesta técnica no fue aceptada, el motivo y el fundamento legal para desecharla:

Table with 4 columns: PARTIDA Y SERVICIO, LICITANTE, MOTIVO, FUNDAMENTO LEGAL. Row 1: SERVICE INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO... LICITANTE: VE + S.A.P.I. DE C.V. MOTIVO: EL SERVICIO OFERTADO NO SE APEGA A LO REQUERIDO... FUNDAMENTO LEGAL: INCUMPLE CON EL NUMERAL 6.2 FRACCIÓN I DE LA CONVOCATORIA...





PARTIDA Y SERVICIO	LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
<p>PARTIDA ÚNICA: SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2024.</p>	<p>ATYDE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>EL SERVICIO OFERTADO NO SE APEGA A LO REQUERIDO EN VIRTUD DE QUE EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ANEXO 13, CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS, CLAVE 533.819.0688. HEMATOLOGÍA TIPO 3, PUNTO 3, AUTOMÁTICO, EN VIRTUD DE QUE, SEGÚN SE APRECIA DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES PRESENTADOS, NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL SERVICIO, EL LICITANTE OFERTA UN EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO, LO CUAL NO CORRESPONDE AL TIPO DE EQUIPO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA. - ANEXO 13, CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS, CLAVE 533.036.0768. COAGULACIÓN TIPO 2, ENCABEZADO, EQUIPO AUTOMATIZADO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR PARA EL ANÁLISIS DEL TIEMPO DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA, EN VIRTUD DE QUE, SEGÚN SE APRECIA DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES PRESENTADOS, NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL SERVICIO, EL LICITANTE OFERTA UN EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO, LO CUAL NO CORRESPONDE AL TIPO DE EQUIPO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA. <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES FACTIBLE PARA LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TALES OMISIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS"</p>	<p>INCUMPLE CON EL NUMERAL 6.2 FRACCIÓN I DE LA CONVOCATORIA, EN CORRESPONDENCIA CON EL ANEXO 13 (TRECE), CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS, CLAVE 533.819.0688. HEMATOLOGÍA TIPO 3, PUNTO 3 Y CON LA CLAVE 533.036.0768. COAGULACIÓN TIPO 2, ENCABEZADO, POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON EL NUMERAL 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>





De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 fracciones II y VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en los numerales 9 y 9.1 de la Convocatoria de esta Licitación, a continuación, se relaciona al licitante cuya propuesta técnica fue aprobada, por cumplir con los requisitos establecidos en la Convocatoria:

LICITANTE	PARTIDA Y SERVICIO	DICTAMEN TÉCNICO
MDM- MÉDICA DIAGNÓSTICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	PARTIDA ÚNICA: SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2024.	APROBADO.

El presente dictamen se rinde de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 36 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Mérida, Yucatán, a 02 de Enero del 2024.


Dr. Eder Camilo Yam Duarte
 Coordinador Médico HR.
 PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN YUCATÁN
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

RECIBIDO
 04 ENE. 2024

UNIDAD
 COMPRADORA

