



**DICTAMEN TÉCNICO**

Después de analizar las propuestas técnicas presentadas y compararlas con lo requerido en la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados Electrónica LA-50-GYR-050GYR011-T-174-2024, y realizar las verificaciones técnicas que se consideraron pertinentes, conforme al contenido de la convocatoria, se concluye lo siguiente:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA	PARTICIPANTE	DICTAMEN TECNICO	MOTIVO	FUNDAMENTO
21	535.701.0577.00.01	PINZA ESTANDAR ESTRIADA CON DIENTES 1 X 2 LONGITUD 18 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>LA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE LA CLAVE SAI 535.701.0577.00.01, SOLICITA "PINZA ESTANDAR ESTRIADA CON DIENTES 1 X 2 LONGITUD 18 CM.", SIN EMBARGO EN LO REFERENTE A "ESTRIADA", NO SE DESCRIBE DICHA CARACTERÍSTICA PARA EL PRODUCTO CON NÚMERO DE CATÁLOGO 8130-167 (EL OFERTADO POR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA) EN LOS CATÁLOGOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE, YA QUE EN ESTOS SE HACE REFERENCIA AL ARTÍCULO CON NÚMERO DE CATÁLOGO 8130-166, HABIENDO UNA DIFERENCIA ENTRE EL BIEN OFERTADO Y EL REFERENCIADO EN CATÁLOGOS, POR LO CUAL NO ES POSIBLE PARA ESTA CONVOCANTE DETERMINAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE</p>	<p>INCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓNES I Y II EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, QUE SEÑALA:</p> <p>"PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES LOS CONCURSANTES, DEBERÁN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA PREVISTA A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO EN LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, QUE SE AGREGAN COMO REFERENCIA, PARA UNA IDENTIFICACIÓN PLENA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



					<p>PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	
--	--	--	--	--	---	--






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



39	535.814.0530.00.01	SEPARADOR RICHARDSON CON MANGO HOJAS DE 2.8 X 3.6 O 3.8 X 4.4 CM LONGITUD 26 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>LA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE LA CLAVE SAI 535.814.0530.00.01, SOLICITA "SEPARADOR RICHARDSON CON MANGO HOJAS DE 2.8 X 3.6 O 3.8 X 4.4 CM LONGITUD 26 CM.", SIN EMARGO EN LO REFERENTE A "HOJAS DE 2.8 X 3.6 O 3.8 X 4.4 CM", EN LOS CATÁLOGOS QUE PRESENTA EL LICITANTE NO SE DESCRIBE DICHA CARACTERÍSTICA DE MANERA COMPLETA, YA QUE ÚNICAMENTE MENCIONA "MEDIDAS DE 3.8 X 4.4 CM", POR LO CUAL NO ES POSIBLE PARA ESTA CONVOCANTE DETERMINAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>INCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓNES I Y II EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, QUE SEÑALA:</p> <p>"PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES LOS CONCURSANTES, DEBERÁN AJUSTARSE EstrictAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA PREVISTA A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO EN LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, QUE SE AGREGAN COMO REFERENCIA, PARA UNA IDENTIFICACIÓN PLENA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
----	--------------------	--	-----------------------	-------------	---	---






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



64	535.907.0785.01.01	TROCAR. TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 10 FRENCH LONGITUD DE 140A 152 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>DE ACUERDO CON LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE INDICA QUE EL REGISTRO SANITARIO NÚMERO 2009E2012SSA AMPARA EL ARTÍCULO DE CLAVE SAI 535.907.0785.01.01, SIN EMBARGO AL REVISAR DICHO REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EL PRODUCTO CON NÚMERO DE CATÁLOGO "8170-150", EL CUAL OFERTA EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTIDA 64, LO CUAL INCUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE EL LICITANTE DEBE DE CUBRIR DE MANERA OBLIGATORIA.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>NCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓN VI QUE SEÑALA:</p> <p>"LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR REFERENCIADOS CON LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO:</p> <p>COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE A NOMBRE DEL PROVEEDOR LICITANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O FABRICANTE, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS ..."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
----	--------------------	--	--------------------------	----------------	--	--





# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



65	535.907.0793.01.01	TROCAR. TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 12 FRENCH LONGITUD DE 140A 152 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>DE ACUERDO CON LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE INDICA QUE EL REGISTRO SANITARIO NÚMERO 2009E2012SSA AMPARA EL ARTÍCULO DE CLAVE SAI 535.907.0793.01.01, SIN EMBARGO AL REVISAR DICHO REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EL PRODUCTO CON NÚMERO DE CATÁLOGO "8170-151", EL CUAL OFERTA EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTIDA 65, LO CUAL INCUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE EL LICITANTE DEBE DE CUBRIR DE MANERA OBLIGATORIA.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>NCUMPLIMIENTO AL NUMÉRAL 6.2 FRACCIÓN VI QUE SEÑALA:</p> <p>"LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES, MISMO QUE DEBERÁN ESTAR REFERENCIADOS CON LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO:</p> <p>COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE A NOMBRE DEL PROVEEDOR LICITANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O FABRICANTE, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS</p> <p>..."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
----	--------------------	--	--------------------------	----------------	--	--






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



66	535.907.0835.00.01	TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 16 FR LONGITUD DE 140 A 152 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>DE ACUERDO CON LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE INDICA QUE EL REGISTRO SANITARIO NÚMERO 2009E2012SSA AMPARA EL ARTÍCULO DE CLAVE SAI 535.907.0835.00.01, SIN EMBARGO AL REVISAR DICHO REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EL PRODUCTO CON NÚMERO DE CATÁLOGO "8170-153", EL CUAL OFERTA EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTIDA 66, LO CUAL INCUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE EL LICITANTE DEBE DE CUBRIR DE MANERA OBLIGATORIA.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>NCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓN VI QUE SEÑALA: "LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR REFERENCIADOS CON LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO:</p> <p>COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE A NOMBRE DEL PROVEEDOR LICITANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O FABRICANTE, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS</p> <p>..."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
----	--------------------	---	-----------------------	-------------	--	--






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



70	537.191.2238.00.01	CINCEL. ALEXANDER DE 6 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONGITUD.	CINCEL QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>DE ACUERDO CON LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE INDICA QUE EL REGISTRO SANITARIO NÚMERO 1430E2014SSA AMPARA EL ARTÍCULO DE CLAVE SAI 537.191.2238.00.01, SIN EMBARGO AL REVISAR DICHO REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EL PRODUCTO CON NÚMERO DE CATÁLOGO "8410-270", EL CUAL OFERTA EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTIDA 70, LO CUAL INCUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE EL LICITANTE DEBE DE CUBRIR DE MANERA OBLIGATORIA.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>NCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓN VI QUE SEÑALA: "LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR REFERENCIADOS CON LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO:</p> <p>COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE A NOMBRE DEL PROVEEDOR LICITANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O FABRICANTE, EXPEDIDO POR LA COFEPRI</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
----	--------------------	--	------------------------------------	----------------	--	---





# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



95	537.327.2862.00.01	ELEVADOR CON MANGO VASTAGO RECTO CORTE CURVO DE 180 A 190 MM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>LA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE LA CLAVE SAI 537.327.2862.00.01, SOLICITA "CORTE CURVO", SIN EMARGO, DE ACUERDO CON LOS CATÁLOGOS PRESENTADOS, SE OBSERVA QUE SE OFERTA "CORTE PLANO", LO CUAL INCUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>NCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓN I EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, QUE SEÑALA:</p> <p>"PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES LOS CONCURSANTES, DEBERÁN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA PREVISTA A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO EN LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, QUE SE AGREGAN COMO REFERENCIA, PARA UNA IDENTIFICACIÓN PLENA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
----	--------------------	---	-----------------------	-------------	--	---





# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



97	537.358.0538.00.01	GUBIA. GUBIA HIBBS CON CUELLO DE GANZO ULTRA CUT 12.7 MM DE ANCHO DE HOJA 24.1CM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>LA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE LA CLAVE SAI 537.358.0538.00.01, SOLICITA "12.7 MM DE ANCHO DE HOJA 24.1CM DE LONGITUD.", SIN EMARGO, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE, ASÍ COMO EN LOS CATÁLOGOS PRESENTADOS, SE OBSERVA QUE SE OFERTA "12 MM DE ANCHO DE HOJA 26.4 CM DE LONGITUD.", LO CUAL INCUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>INCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓN I EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, QUE SEÑALA:</p> <p>"PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES LOS CONCURSANTES, DEBERÁN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA PREVISTA A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO EN LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, QUE SE AGREGAN COMO REFERENCIA, PARA UNA IDENTIFICACIÓN PLENA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
----	--------------------	---	-----------------------	-------------	---	--



2024

Felipe Carrillo  
PUERTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN




# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



99	537.452.0079.00.01	HISTEROMETRO. HISTEROMETRO RIGIDO GRADUACION CENTIMETROS.  SIMS CON EN	QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>DE ACUERDO CON LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE INDICA QUE EL REGISTRO SANITARIO NÚMERO 0569C2008SSA AMPARA EL ARTÍCULO DE CLAVE SAI 537.452.0079.00.01, SIN EMBARGO AL REVISAR DICHO REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EL PRODUCTO CON NÚMERO DE CATÁLOGO "8500-254", EL CUAL OFERTA EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTIDA 99, LO CUAL INCUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE EL LICITANTE DEBE DE CUBRIR DE MANERA OBLIGATORIA.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>NCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓN VI QUE SEÑALA:</p> <p>"LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR REFERENCIADOS CON LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO:</p> <p>COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE A NOMBRE DEL PROVEEDOR LICITANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O FABRICANTE, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS</p> <p>..."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV.Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
----	--------------------	--	-----------------------	-------------	--	---





# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



133	537.836.9093.00.01	SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 300 MM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>"EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>LA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE LA CLAVE SAI 537.836.9093.00.01, SOLICITA "SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 300 MM DE LONGITUD.", SIN EMARGO EN LO REFERENTE A "6 HILOS METALICOS", EN LOS CATÁLOGOS QUE PRESENTA EL LICITANTE NO SE DESCRIBE DICHA CARACTERÍSTICA, POR LO CUAL NO ES POSIBLE PARA ESTA CONVOCANTE DETERMINAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>INCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓNES I Y II EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, QUE SEÑALA:</p> <p>"PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES LOS CONCURSANTES, DEBERÁN AJUSTARSE EstrictAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA PREVISTA A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO EN LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, QUE SE AGREGAN COMO REFERENCIA, PARA UNA IDENTIFICACIÓN PLENA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA; DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
-----	--------------------	--	-----------------------	-------------	---	---






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



134	537.836.9101.00.01	SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 400 MM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>"EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>LA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE LA CLAVE SAI 537.836.9101.00.01, SOLICITA "SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 400 MM DE LONGITUD.", SIN EMARGO EN LO REFERENTE A "6 HILOS METALICOS", EN LOS CATÁLOGOS QUE PRESENTA EL LICITANTE NO SE DESCRIBE DICHA CARACTERÍSTICA, POR LO CUAL NO ES POSIBLE PARA ESTA CONVOCANTE DETERMINAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>INCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓNES I Y II EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, QUE SEÑALA:</p> <p>"PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES LOS CONCURSANTES, DEBERÁN AJUSTARSE EstrictAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA PREVISTA A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO EN LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, QUE SE AGREGAN COMO REFERENCIA, PARA UNA IDENTIFICACIÓN PLENA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
-----	--------------------	--	-----------------------	-------------	---	---



2024

Felipe Carrillo  
PUERTO



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



141	564 002 1134 00 01	BARRIL DE POLIURETANO 56 CMS PARA ENTRENAMIENTO DE GATEO. INSTRUMENTO MOVILEMPLEADO EN EL TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE PACIENTES PEDIATRICOS CONPADECIMIENTOS NEUROMUSCULARES, MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE PATRONES DE GATEO, RODAMIENTO Y RESPUESTA VESTIBULAR. BARRIL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. RESISTENTE A USO RUDO. QUE PERMITA MOVIMIENTOS RITMICOS PARA EFECTUAR RODAMIENTOS. COLOR LLAMATIVO. CON DIAMETRO INTERIOR DE 40 CM +/- 10%. CONDIAMETRO EXTERIOR DE 60 CM +/- 10%. LIBRE DE LATEX. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	GRUPO BUKBARA, S.A. DE C.V.	NO APROBADO	<p>EL BIEN OFERTADO NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:</p> <p>LA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE LA CLAVE SAI 564 002 1134 00 01 , SOLICITA "CON DIAMETRO INTERIOR DE 40 CM +/- 10%. CONDIAMETRO EXTERIOR DE 60 CM +/- 10%.", SIN EMBARGO, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE, ASÍ COMO EN LOS CATÁLOGOS PRESENTADOS, SE OBSERVA QUE SE OFERTA "CON DIAMETRO INTERIOR DE 50 CM CON DIAMETRO EXTERIOR DE 80 CM", LO CUAL INCUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.</p> <p>LO ANTERIOR AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO SE APEGA A LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA Y NO ES DABLE A LA CONVOCANTE PASAR POR ALTO TAL OMISIÓN DEL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS."</p>	<p>INCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2 FRACCIÓN I EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, QUE SEÑALA:</p> <p>"PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES LOS CONCURSANTES, DEBERÁN AJUSTARSE Estrictamente A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA PREVISTA A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO EN LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, QUE SE AGREGAN COMO REFERENCIA, PARA UNA IDENTIFICACIÓN PLENA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR."</p> <p>POR LO QUE PROCEDE A DESECHARSE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A), EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 6 FRACCIÓN IV Y 9.1 DE LA REFERIDA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
-----	--------------------	---	-----------------------------	-------------	---	---






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA	PARTICIPANTE	DICTAMEN TECNICO
1	513 263 0046 01 01	CUÑA DE RELAJACION. CUÑA DE RELAJACION MUSCULAR, CON ADITAMENTO DE ABDUCCION Y MEDIOS DE SUJECION, DIMENSIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	GRUPO BUKBARA, S.A. DE C.V.	APROBADO
2	531.217.0011.01.01	COSTOTOMO GIERTZ-STILLE DE 250 A 270 MM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
11	535.137.0084.00.01	BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
12	535.260.0323.00.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA NOVAK PUNTA CURVA BORDE CORTANTE DE VARIOS DIENTES CON CONECTOR METALICO PARA JERINGA 24.5 CM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
13	535.260.0331.01.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE CORTANTE ANCHO DE 7 A 7.5 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
14	535.260.0570.01.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE CORTANTE ANCHO DE 9 A 10.5 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
15	535.260.1230.00.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA BRUN RECTA OVALADA: 000.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
16	535.260.1842.00.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA BRUN RECTA REDONDA: 1.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
17	535.260.1859.00.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA BRUN RECTA REDONDA: 2.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
18	535.260.2261.00.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA RANDALL PUNTA CURVA BORDE CORTANTE DE UN SOLO DIENTE CON CONECTOR METALICO PARA JERINGA 24 CM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
19	535.567.0505.00.01	LEGRA FARABEUF CURVA 15 CM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
20	535.608.0589.00.01	MANGO PARA BISTURI DEL N GRADOS 3 LARGO.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
22	535.701.1021.02.01	PINZA MIXTER O BABY MIXTER ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD DE 135 A 140 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
23	535.701.2979.00.01	PINZA MIXTER CON ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD 23 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
24	535.701.4363.02.01	PINZA LAHEY RAMAS LARGAS Y ANGULADAS ESTRIAS LONGITUDINALES LONGITUD DE 190 A 195 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
25	535.701.4439.02.01	PINZA MAYO ROBSON CURVA ESTRIAS LONGITUDINALES LONGITUD DE 250 A 275 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
26	535.701.4454.02.01	PINZA DE PAYR ESTRIAS LONGITUDINALES LONGITUD DE 200 A 210 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
27	535.701.4462.02.01	PINZA DE PAYR ESTRIAS LONGITUDINALES LONGITUD DE 275 A 290 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



28	535.701.4470.01.01	PINZA RANDALL DEL N GRADOS4 LONGITUD DE 195 A 235 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
29	535.701.4629.02.01	PINZA MIXTER QUIJADAS CURVAS ESTRIAS LONGITUDINALES LONGITUD DE 220 A 230 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
30	535.716.0349.00.01	PORTA AGUJA MAYO-HEGAR RECTO SIN RANURA CENTRAL ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD15 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
31	535.716.0372.00.01	PORTA AGUJA MAYO HEGAR RECTO SIN RANURA CENTRAL ESTRIAS TRANSVERSALES LONGITUD18 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
32	535.716.0398.00.01	PORTA AGUJA SAROT RECTO CON RANURA CENTRAL Y ESTRIAS CRUZADAS LONGITUD 26 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
33	535.716.1305.00.01	PORTA AGUJA PARA CIRUGIA VASCULAR. PORTA AGUJA SAROT RECTO CON RANURA CENTRAL YESTRIAS CRUZADAS LONGITUD 18 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
34	535.716.1792.02.01	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO CON RANURA CENTRAL LONGITUD DE 180 A 185MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
35	535.716.2725.01.01	PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO SIN RANURACENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 240 A 245 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
36	535.716.2758.01.01	PORTA AGUJA HEANEY CURVO CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 200 A 210 MMDE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
37	535.814.0241.02.01	SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN DE DOBLE EXTREMO JUEGO DE DOS.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
38	535.814.0480.02.01	SEPARADOR FARABEUF JUEGO DE 2 LONGITUD DE 120 A 125 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
40	535.814.3609.02.01	SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR CON TRES HOJASINTERCAMBIABLES	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
41	535.814.6289.01.01	SEPARADOR DEEVER VALVA DE 25 MM X 300 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
42	535.814.6339.01.01	SEPARADOR DEEVER VALVA DE 75 MM X 300 A 310 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
43	535.814.6412.00.01	SEPARADOR RICHARDSON VALVA DE 20 A 28 MM X 20 A 25 MM LONGITUD DE 240 A 245 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
44	535.814.6677.01.01	SEPARADOR DE USO GENERAL. SEPARADOR VOLKMANN DE 3 GARFIOS AGUDOS LONGITUD DE200 A 220 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
45	535.859.0056.02.01	TIJERA PARA MATERIAL. TIJERA LITTAUER RECTA LONGITUD DE 135 A 140 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
46	535.859.0130.00.01	TIJERA ABDOMINAL. TIJERA METZENBAUM NELSON RECTA PUNTAS ROMAS LONGITUD 25 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
47	535.859.0288.01.01	TIJERA METZENBAUM RECTA LONGITUD DE 140 A 145 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
48	535.859.0718.02.01	TIJERA PARA MATERIAL. TIJERA LISTER ANGULADA LATERALMENTE CON BOTON DEPROTECCION LONGITUD DE 180 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



49	535.859.1070.01.01	TIJERA METZENBAUM CURVA LONGITUD DE 140 A 145 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
50	535.859.2409.01.01	TIJERA MAYO RECTA LONGITUD DE 230 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
51	535.859.3985.01.01	TIJERA POTTS-SMITH VASCULAR ANGULADA A 45 GRADOS LONGITUD DE 180 A 190 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
52	535.859.4728.01.01	TIJERA METZENBAUM CURVA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
53	535.859.4736.01.01	TIJERA METZENBAUM RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
54	535.859.4744.00.01	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM CURVA PUNTAS ROMAS CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 250 A 260 MM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
55	535.859.4751.01.01	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 280 A 290 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
56	535.859.4801.01.01	TIJERA METZENBAUM RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 180 A 185 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
57	535.859.4835.01.01	TIJERA MAYO RECTA LONGITUD DE 150 A 155 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
58	535.859.4868.01.01	TIJERA MAYO-STILLE CURVA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 145 A 155 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
59	535.859.4884.01.01	TIJERA MAYO-STILLE RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 145 A 155 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
60	535.859.4892.01.01	TIJERA DE DISECCION. TIJERA MAYO-STILLE RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 170 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
61	535.859.4900.01.01	TIJERA DE DISECCION. TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM CURVA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 110 A 120 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
62	535.859.4918.01.01	TIJERA DE DISECCION. TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 110 A 120 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
63	535.859.4975.01.01	TIJERA DE DISECCION. TIJERA PARA ENTEROTOMIA RECTA CON PUNTA EN FORMA DE OLIVA EN UNA DE SUS RAMAS DE 210 MM. DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
67	537.020.0189.00.01	ALICATE CORTANTE. ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE DE 160 A 175 MM. DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
68	537.173.1216.00.01	CANULA FRAZIER ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM).	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
69	537.191.0877.01.01	CINCEL. CINCEL BISHOP O PARTSCH RECTO ANCHO 3 MM. LONGITUD DE 140 A 170 MM. MANGO ESTRIADO.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
71	537.191.2295.00.01	CINCEL COTTLE DE 9 MM ANCHO DE HOJA Y 180 MM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
72	537.191.2303.00.01	CINCEL FREER RECTO ANCHO DE LA HOJA 4 MM LONGITUD DE 160 A 170 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



73	537.191.2444.00.01	CINCEL. CINCEL HIBBS CURVO ANCHO DE LA HOJA DE 12 A 13 MM. LONGITUD 240 MM.MANGO HEXAGONAL.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
74	537.209.0760.00.01	CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON PARA HUESOS CURVA DOBLE ARTICULACION LONGITUD270 A 280 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
75	537.209.0778.00.01	CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON RECTA DOBLE ARTICULACION LONGITUD DE 265 A 280MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
76	537.209.0802.00.01	CIZALLA LISTON RECTA CON ARTICULACION SENCILLA LONGITUD 140 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
77	537.209.0810.00.01	CIZALLA RUSKIN LISTON ANGULADA CON ARTICULACION DOBLE LONGITUD DE 180 A 190 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
78	537.209.0869.00.01	CIZALLA. CIZALLA STILLE PARA CORTAR O REMOVER YESO SIN GUIA LONGITUD DE 250 A260 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
79	537.237.0279.00.01	CORTADOR. CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS ACCION MULTIPLE DE 320 MM. DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
80	537.237.0287.00.01	CORTADOR. CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS DOBLE ACCION DE 470 MM. DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
81	537.254.0467.00.01	COSTOTOMO GLUCK O STILLE O SIMILAR DE 200 A 230 MM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
82	537.263.1456.00.01	CUCHARILLA BRUNS CURVA COPA REDONDA N GRADOS 00.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
83	537.263.1761.00.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE CORTANTE ANCHO DE 8 A 8.5 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
84	537.263.1795.00.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE ROMA ANCHO DE 7 A 7.5 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
85	537.263.1803.00.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE ROMA ANCHO DE 8 A 8.5 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
86	537.263.1811.00.01	CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE ROMA ANCHO DE 9 A 10.5 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
87	537.272.0507.00.01	CUCHILLO LISTON DE UNA SOLA PIEZA LONGITUD DE 160 A 170 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
88	537.272.0549.00.01	CUCHILLO. CUCHILLO VIRCHOW MANGO DE METAL LONGITUD DE 160 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
89	537.272.0556.00.01	CUCHILLO. CUCHILLO VIRCHOW MANGO DE METAL LONGITUD DE 200 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
90	537.272.0564.00.01	CUCHILLO. CUCHILLO VIRCHOW MANGO DE METAL LONGITUD DE 240 A 350 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
91	537.301.0015.02.01	DILATADOR BAKES LONGITUD DE 300 A 320 MM CALIBRE 2 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
92	537.301.0023.02.01	DILATADOR BAKES LONGITUD DE 300 A 320 MM CALIBRE 3 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
93	537.316.0018.00.01	DISECTOR. DISECTOR BUNNELL PUNTA TUBULAR CON RANURAS 2 MM DE DIAMETRO DE LABOCA 13 CM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
94	537.327.0528.00.01	ELEVADOR LANGENBECK 19.1 CM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO





# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



96	537.355.0747.00.01	ESCOFINA PUTTI DE DOBLE EXTREMO ESTRIAS CRUZADAS FINAS LONGITUD DE 270 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
98	537.440.0710.00.01	GANCHO JOSEPH UN GARFIO 15 CM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
100	537.457.0173.01.01	GUBIA STILLE LUER RECTA LONGITUD DE 200 A 230 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
101	537.457.0215.00.01	GUBIA. GUBIA MEAD PUNTA CUADRADA LONGITUD DE 165 A 170 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
102	537.457.0330.00.01	GUBIA RUSKIN CON DOBLE ARTICULACION QUIJADA CURVA LONGITUD DE 180 A 190 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
103	537.602.0425.00.01	MANGO PARA SIERRA DE GIGLI 8 CM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
104	537.673.1526.00.01	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI LAMBOTTE RECTO DE 170 MM O 245 MM DE LONGITUD X 8 MM DE ANCHO.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
105	537.673.1542.00.01	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 A 250 MM DE LONGITUD X 15 MM DE ANCHO.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
106	537.673.1617.00.01	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM O 245 MM DE LONGITUD X 12 MM A 13 MM DE ANCHO.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
107	537.673.1633.00.01	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 240 A 250 MM DE LONGITUD X 20 MM DE ANCHO.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
108	537.702.0788.00.01	PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA DE REDUCCION TIPO PINZA DE CAMPO DEPUNTA ANGOSTA LONGITUD 13.2 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
109	537.702.0796.00.01	PINZA DE REDUCCION TIPO PINZA DE CAMPO PUNTA ANCHA LONGITUD 13.2 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
110	537.702.0952.00.01	PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA POZZI LONGITUD 24 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
111	537.702.4145.00.01	PINZA DE DISECCION. PINZA ESTANDAR RECTA CON 2 X 3 DIENTES DE 140 A 150 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
112	537.702.4178.00.01	PINZA ESTANDAR DE 1 X 2 DIENTES DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
113	537.702.4186.00.01	PINZA ESTANDAR SIN DIENTES DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
114	537.702.4244.00.01	PINZA MICROADSON CON DIENTES DE 120 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
115	537.702.4749.00.01	PINZA KOCHER RECTA CON DIENTES LONGITUD DE 140 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
116	537.702.5431.00.01	PINZA VAGINAL. PINZA MUSEUX RECTA QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM. LONGITUD DE 240 A 245 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
117	537.702.6363.00.01	PINZA KERN CON CREMALLERA LONGITUD DE 140 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
118	537.702.6371.00.01	PINZA KERN CON CREMALLERA LONGITUD DE 210 A 230 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
119	537.702.6470.00.01	PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA LANE SIN CREMALLERA LONGITUD DE 330MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
120	537.702.6520.00.01	PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN CON 1X2 GANCHOS LONGITUD DE 170 A 185 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
121	537.702.6561.00.01	PINZA MAYO ROBSON RECTA ESTRIAS LONGITUDINALES LONGITUD DE 250 A 275 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO





# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



122	537.702.6793.00.01	PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA WILLETT O WILLETT MARTEL DE 180 MM.A 190 MM. DE LONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
123	537.716.0295.00.01	PORTA AGUJA ESPECIAL. PORTA AGUJA RYDER RECTO FINO LONGITUD 12.7 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
124	537.716.0691.01.01	PORTA AGUJA CRILE WOOD RECTO QUIJADA ESTRIADA CON INSERTOS DE CARBURO DETUNGSTENO LONGITUD DE 145 A 150 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
125	537.716.1244.00.01	PORTA AGUJA SAROT CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 260 A 270 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
126	537.774.0021.02.01	REGLA METALICA GRADUADA EN CENTIMETROS MILIMETROS Y PULGADAS LONGITUD DE 150 A200 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
127	537.814.1161.00.01	SEPARADOR GELPIE DE PUNTA ROMA 13.5 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
128	537.814.1179.00.01	SEPARADOR GELPIE DE PUNTA ROMA 17.5 CM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
129	537.814.2755.01.01	SEPARADOR BALFOUR VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM X 80 A 85 MM VALVAS LATERALESFENESTRADAS APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
130	537.814.8604.00.01	SEPARADOR ESPECIAL. SEPARADOR HENNIG LONGITUD DE 270 A 280 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
131	537.833.0236.00.01	LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA 11-14 MM.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
132	537.835.0010.00.01	SIERRA. SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DELONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
135	537.839.0016.01.01	SISTEMA UNIVERSAL ENCLAVADO INTRAMEDULAR U.F.N. U.H.N. U.T.N. LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
136	537.857.1573.02.01	TIJERA IRIS RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 110 A 120 MM DELONGITUD.	QUIRORT, S.A. DE C.V.	APROBADO
137	564 002 0342 02 01	JUEGO DE CILINDROS DE POLIURETANO. CILINDROS DE POLIURETANO PARA PROPORCIONAR TERAPIA VESTIBULAR. CONSTA DE: CUBIERTA, MATERIAL, NUMERO Y TAMAÑO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	GRUPO BUKBARA, S.A. DE C.V.	APROBADO






# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo de Operación Administrativa Desconcentrada  
Yucatán

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Biomédica Delegacional



139	564 002 1092 02 01	POLEAS DOBLES FIJAS A LA PARED. POLEAS DOBLES FIJAS A LA PARED. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: UN PAR A LA ALTURA DEL PECHO Y UN PAR A LA ALTURA DEL PISO CON AJUSTE DE ALTURA, PARA GIMNASIO, PARA REALIZAR EJERCICIOS DE HOMBRO, CODO, CADERA Y RODILLA. AGARRADERAS, CUERDA, JUEGO DE PESAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO FIJARSE A PARED Y A PISO. POR PERSONAL ESPECIALIZADO. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	GRUPO BUKBARA, S.A. DE C.V.	APROBADO
140	564 002 1100 02 01	RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. RUEDA PARA INCREMENTAR ARCOS DE MOVILIDAD DE HOMBRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: DIAMETRO, GIRO Y MATERIAL. DIAL EN GRADOS CON AJUSTE DE RESISTENCIA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO REQUIERE FIJARSE A LA PARED. POR PERSONAL ESPECIALIZADO. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	GRUPO BUKBARA, S.A. DE C.V.	APROBADO

Mérida, Yucatán, a 08 de noviembre de 2024

**I.B. MARIO ANDRÉS ALVARADO NAVA**  
**COORDINADOR BIOMÉDICO DELEGACIONAL**

