



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **10:00 horas**, del **02 de junio de 2025**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto es presidido por el Lic. Harry Irizar Leyva, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 144 fracción XXIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, así como el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

Quien preside el acto, es asistido por el Representante del Área Requiriente adscrito a la Coordinación Biomédica Delegacional en calidad de representante del Área Técnica, quien solventó las solicitudes de aclaración de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; y por los representantes del Área Contratante, los cuales responden las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

De conformidad con los artículos 35 antepenúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la Plataforma Compras MX, por si o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **10:00 horas del 01 de junio de 2025**.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de la Plataforma Compras MX de los siguientes licitantes:



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025	
ADQUISICIÓN DE CÁNULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.	

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
1	BMG EQUIPOS Y SOLUCIONES PARA CONSULTORIOS Y HOSPITALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	SI	22
2	IDEM MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	SI	36
3	INNOVACION MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	SI	18
TOTAL			76

También se hace constar que: DISTRIBUIDOR MEDICO TÉCNOMED SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y PRAXAIR MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE presentan escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

Posteriormente y con fundamento en el artículo 46, fracción II del Reglamento, en razón de la complejidad de las solicitudes de aclaración recibidas y dado que se están integrando las respuestas correspondientes, quien preside el evento determinó realizar un receso y consecuentemente, se señala para su reanudación a las 10:00 horas del día 05 de junio de 2025, lo cual fue comunicado mediante aviso de suspensión, publicado en la Plataforma Compras MX.

RECESO

Siendo las 10:00 horas del 05 de junio de 2025, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones, sin embargo, en razón de que las Áreas Requirente y Contratante, aún se encuentran analizando las preguntas recibidas, derivado de su volumen y la complejidad de las mismas, la Convocante procede a decretar una segunda suspensión para continuar con la Junta de Aclaraciones a las 10:00 horas del día 09 de junio de 2025, lo cual fue comunicado mediante aviso de suspensión, publicado en la plataforma Compras MX.

RECESO



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

Siendo las 10:00 horas del día 09 de junio de 2025, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.

PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

La Convocante a solicitud del Área Requirente, realiza las siguientes aclaraciones generales a la convocatoria a la licitación:

1.- NUMERAL 12.1. PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

DICE:

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de **vigencia a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo al 31 de julio de 2025.**

DEBE DECIR:

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de **vigencia a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo al 31 de Agosto de 2025.**

2.- ANEXO NÚMERO 1 (UNO), ANEXO TÉCNICO, (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA.- DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL, SE PROPORCIONAN LAS CLAVES QUE SUFRIERON ACTUALIZACIÓN EN EL VARIANTE, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

No.	TIPO DE TERAPIA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRES	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	REQUIERE EQUIPO EN COMODATO
6	Pedilátrico	379	171	3708	00	01	CANULA NASAL PEDIATRICA (JUNIOR) TAMAÑO EXTRA GRANDE, SUAVE PARA ALTO FLUJO (FLUJOS DE HASTA 25 L/MIN), CON FORMA ANATOMICA, COLOR VERDE, MEMBRANA TRANSPIRABLE, ALMA DE ACERO A PRUEBA DE DOBLECES Y APLASTAMIENTO, CON PARCHES ADHESIVOS. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATÁLOGO: OJR418. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128, HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102 Y HUMIDIFICADOR CON	CJA	1	2	SI





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

No.	TIPO DE TERAPIA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRES	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	REQUIERE EQUIPO EN COMODATO
7	Pedilátrico	379	200	4065	00	01	CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO CLAVE: 531.480.0201 MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. CIRCUITO DESECHABLE PEDIATRICO (JUNIOR) DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTOLLENADO DESEHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATÁLOGO: 900PTS31. PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO. CLAVE: 531.480.0201. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	CJA	4	8	SI

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como la respuesta otorgada por la convocante (por el Área Técnica las de carácter Técnico y por el Área Contratante, las preguntas de carácter administrativo), como se indica a continuación:

1. PREGUNTAS EFECTUADAS POR: INNOVACION MÉDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	NUMERAL 5	NUMERAL 5 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRAN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXCATAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	NUMERAL 6	OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE	DE ACUERDO AL NUMERAL 8 DE LA



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	CONVOCATORIA, LAS OPINIONES POSITIVAS Y VIGENTES, CON LAS CUALES SE ACREDITE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INFONAVIT, DEBERÁ PRESENTARLA EL LICITANTE ADJUDICADO A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.
3	NUMERAL 6, INCISO P)	DICE: A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN VIII DE LA LAASSP Y 88 FRACCIÓN III DE SU REGLAMENTO, LOS LICITANTES PRESENTARÁN EN LA OFICINA DE CONTRATOS; SITA EN EL DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN CALLE 44 NÚMERO 999 POR 127 Y 127 B COLONIA SERAPIO RENDÓN, C.P. 97285 DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN. (PLANTA ALTA), EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA 24 HORAS ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COPIA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL, EL NO PRESENTARLOS NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. CONSIDERANDO QUE EL NUMERAL EN CUESTIÓN INDICA QUE LA NO PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DEL ESTADO, PRESENTAR LA COPIA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL EN FORMATO DIGITAL A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN VIRTUD DE QUE MI REPRESENTADA TIENE SU DOMICILIO FUERA	SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ PRESENTAR LA COPIA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL EN FORMATO DIGITAL A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DEL ESTADO Y TRASLADAR FÍSICAMENTE ESTOS DOCUMENTOS SENSIBLES PODRÍA IMPLICAR UN RIESGO DE EXTRAVÍO O DAÑO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	
4	NUMERAL 6.2, FRACCIÓN IX.	DICE: COPIA SIMPLE DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE REPARTO (MÍNIMO 2 UNIDADES DE MODELO NO MAYOR A 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD), LOS CUALES DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE, YA SEA PERSONA FÍSICA, PERSONA MORAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, O PRESENTAR FACTURA ENDOSADA A NOMBRE DEL LICITANTE, YA SEA PERSONA FÍSICA, PERSONA MORAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE CONFIRME SI ES VÁLIDO PRESENTAR UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE COMO COMPROBANTE DE DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE REPARTO REQUERIDOS, EN CASO DE QUE ÉSTOS NO SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL LICITANTE. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL PRINCIPIO DE MÁXIMA CONCURRENCIA Y CONSIDERANDO QUE EN EL MISMO NUMERAL SE CONTEMPLA EXPRESAMENTE COMO OPCIÓN EL USO DE VEHÍCULOS ARRENDADOS. ASIMISMO, SE SOLICITA SE ACLARE SI DICHO CONTRATO PUEDE PRESENTARSE ACOMPAÑADO DE LA COPIA SIMPLE DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN A NOMBRE DEL ARRENDADOR, COMO EVIDENCIA COMPLEMENTARIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	ES CORRECTO, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2, FRACCIÓN IX. LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PODRÁN PRESENTAR UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE COMO COMPROBANTE DE DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE REPARTO REQUERIDOS, EN CASO DE QUE ÉSTOS NO SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL LICITANTE ACOMPAÑADO DE LA COPIA SIMPLE DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN A NOMBRE DEL ARRENDADOR. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA QUE CUBRA EL PLAZO DE CONTRATACIÓN DE ESTE EVENTO, Y QUE DEBERÁ DE ESTAR FIRMADO A NOMBRE DEL LICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O ACCIONISTA EN CASO DE SER PERSONA MORAL O POR LA PERSONA FÍSICA.
5	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	RESPECTO AL ANEXO TÉCNICO - EQUIPOS EN COMODATO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR LA CANTIDAD TOTAL DE EQUIPOS REQUERIDOS, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN ESPECÍFICA POR UNIDAD MÉDICA O ÁREA SOLICITANTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA PROPUESTA TÉCNICA ADECUADA Y CUMPLIR CABALMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL	SE CONFIRMA LA CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN, DESCRITAS EN EL ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) "DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS EN COMODATO Y DOMICILIOS DE LOS HOSPITALES REQUERENTES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
6	ANEXO TÉCNICO, PUNTO 2	<p>RESPECTO.</p> <p>DICE: DERIVADO DE LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO QUE TIENE COMO FINALIDAD QUE EL INSTITUTO GARANTICE SIEMPRE LA MEJOR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES, EVITANDO EN TODO MOMENTO LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIAS RESPIRATORIAS DERIVADO DE CARENCIA DE INSUMOS O CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y PLENO FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS, Y DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS ENTREGAS, LAS CUALES SE REALIZAN A CONTRA PEDIDO DE LA UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE, TENIENDO UN PLAZO DE ENTREGA DE 4 HORAS EN EL ÁREA CAPITALINA SE REQUIERE QUE EL PARTICIPANTE QUE RESULTE CON UNA ADJUDICACIÓN DEMUESTRE EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR AL FALLO QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS DENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y ASÍ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE CONFIRMAR SI ES VÁLIDO QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, LA INFRAESTRUCTURA PUEDA SER ARRENDADA O CONTRATADA DENTRO DEL PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, CONFORME SE INDICA EN EL DOCUMENTO. ASIMISMO, SE PIDE CONFIRMAR SI ES SUFICIENTE PRESENTAR UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL, ACOMPAÑADO DE COMPROBANTE DE DOMICILIO (AGUA, LUZ, ETC.) CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p> <p>CABE RESALTAR QUE LA CONDICIÓN A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 5 DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, ES ÚNICAMENTE PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.</p> <p>A MAYOR ABUNDAMIENTO, DICHA CONDICIÓN CONSISTE EN DEMOSTRAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR AL FALLO QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS DENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN.</p> <p>LA COMPROBACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEBERÁ DE HACERSE A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE EL LICITANTE ADJUDICADO TIENE LA POSESIÓN LEGAL DEL DOMICILIO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN SUS INSTALACIONES EN EL ESTADO DE YUCATÁN, CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A ESCRITURAS DE PROPIEDAD, O BIEN CONTRATOS/FACTURAS DE ARRENDAMIENTO A NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL, Y/O ACCIONISTA EN CASO DE SER PERSONA MORAL O POR LA PERSONA FÍSICA.</p> <p>ACOMPAÑADO DE COMPROBANTES DE SERVICIOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL, Y/O ACCIONISTA EN CASO DE SER PERSONA</p>



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			MORAL O POR LA PERSONA FÍSICA, O EN CASO DE SER ARRENDAMIENTO SE PODRÁ PRESENTAR A NOMBRE DEL PROPIETARIO, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN COINCIDA CON LA INDICADA EN EL CONTRATO/FACTURA DE ARRENDAMIENTO. ESTA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DEBERÁ DE PRESENTARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE VALIDARLA.
7	ANEXO TÉCNICO, PUNTO 5	DICE: LOS LICITANTES HARÁN ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PARTIDA, EL DÍA HÁBIL PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, EN UN HORARIO DE 10 A 13 HRS., RECABANDO FIRMA AUTÓGRAFA DE RECIBIDO DE LA TOTALIDAD DE ESTAS, LAS CUALES SE RECIBIRÁN EN LA COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, UBICADA EN LA CALLE 34 NO. 439 POR 41 COL. INDUSTRIAL EX TERRENOS EL FÉNIX, MÉRIDA YUCATÁN, PARA SU EVALUACIÓN A FIN DE CORROBORAR LA CALIDAD Y LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS. PRESENTARÁ EN SU PROPUESTA EL ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS. FIRMADAS POR EL COORDINADOR DEL ÁREA. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA DE UNA PIEZA POR CADA PARTIDA QUE SE OFERTE Y/O NOS PERMITA PRESENTAR LA CAJA DEL BIEN CON UNA PIEZA REPRESENTATIVA DE CADA PARTIDA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE NINGÚN LICITANTE, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO, EN ESTE SENTIDO DE IDEAS SE ACEPTA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA DE UNA PIEZA EN SU EMPAQUE ORIGINAL POR CADA CLAVE QUE INTEGRA LA PARTIDA ÚNICA A OFERTAR.
8	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	DE ACUERDO A LO QUE DICTA LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA SALUD: PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ES NECESARIO QUE CUENTEN CON CLAVE DEL CATÁLOGO SAL. DONDE DEBE ESTAR PREVIAMENTE INCLUIDO EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LAS CLAVES REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL, Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 DE LA





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		INSUMOS DEL SECTOR SALUD QUE SON SELECCIONADOS POR SU EFICACIA Y SEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD BAJO CRITERIOS ESTABLECIDOS EN PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS. SE ENTIENDE QUE DEBEN DE OFERTARSE CONSUMIBLES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA PODER SER ADQUIRIDAS POR EL INSTITUTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	CONVOCATORIA, "LOS LICITANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE EstrictAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA CONVOCATORIA, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO"
9	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	DE LA CLAVE SAI 379. 200. 4057. 00. 00 Y 379. 200. 4065. 00. 00 ACORDE A LAS DESCRIPCIONES DE LAS CLAVES SAI SOLICITADAS, SE ENTIENDE QUE EL CIRCUITO DEBE DE CONTAR CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
10	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	DE LA CLAVE SAI: 379. 817. 0282. 00. 00, SE ENTIENDE EL SISTEMA CPAP DE BURBUJA A OFERTAR DEBE DE INCLUIR TUBULADURA DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O PARA EL CONTROL DE LA PRESIÓN ADMINISTRADA AL PACIENTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
11	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	ENTENDEMOS QUE DEBEN DE OFERTARSE CONSUMIBLES QUE CUMPLAN CABALMENTE CON LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADAS EN LAS CLAVES SAI ESPECÍFICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DEBERÁN DE OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN TÉCNICAMENTE A CABALIDAD LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO, LO CUAL SERÁ VERIFICADO DURANTE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, Y, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 9.1 DE LA CONVOCATORIA, LA EVALUACIÓN SE HARÁ SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE QUE CORRESPONDA EN EL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS VIGENTES EN LA FECHA EN QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA, SIN PERDER DE VISTA QUE "CUALQUIER





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN." COMO DISPONE EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SU PENÚLTIMO PÁRRAFO.
12	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO DEBE DE SER CAPAZ DE ADMINISTRAR UN FLUJO DE 60 LITROS POR MINUTO A PACIENTE ADULTO, PARA SATISFACER LOS RANGOS DE FLUJO SOLICITADOS EN LAS CLAVES SAI: 379.171.3609.00.00 Y 379.171.3617.00.00, CON LAS CUALES SERÁ EMPLEADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. PARA EL EQUIPO: "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL ADULTO", DEBERÁ DE APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO TÉCNICO, EL CUAL EN SU NUMERAL 1.3 SOLICITA: MODO ADULTO CON: CONTROL DE TEMPERATURA DE 31°C, 34°C Y 37°C, CONTROL DE VELOCIDAD DE FLUJO DE 10 A 60 L/MIN, CAPACIDAD DE PROGRAMAR FLUJOS EN INCREMENTOS DE 1 L/MIN Y DE 5 L/MIN.
13	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO: HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL ADULTO. ENTENDEMOS QUE DEBERÁ DE OFERTARSE EQUIPOS EN COMODATO QUE CUMPLAN CABALMENTE CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DEBERÁN DE OFERTAR EQUIPOS QUE CUMPLAN TÉCNICAMENTE A CABALIDAD LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO, ASI COMO LAS APRECIACIONES QUE SURGIERAN DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.
14	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO: HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL ADULTO. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE DE CONTAR CON GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO Y NO DEBERÁ DE REQUERIR SUMINISTRO DE AIRE DE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
15	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	PARED. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO: HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL ADULTO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO A OFERTAR SEA DE UN PESO DE 2,2 KILOGRAMOS CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL TRASLADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
16	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO: HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL PEDIÁTRICO. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE DE CONTAR CON GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO Y NO DEBERÁ DE REQUERIR SUMINISTRO DE AIRE DE PARED. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
17	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO: HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL PEDIÁTRICO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO A OFERTAR SEA DE UN PESO DE 2,2 KILOGRAMOS CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL TRASLADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
18	ANEXO NÚMERO 1, ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO: HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO NEONATAL DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL. SE ENTIENDE QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE DE SER CAPAZ DE PROPORCIONAR TERAPIA DE ALTO FLUJO NEONATAL Y PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN VÍAS AÉREAS DE MANERA ALTERNA PARA PODER EMPLEAR LA TOTALIDAD DE LOS CONSUMIBLES EMPLEADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025	
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.	

2.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

BMG EQUIPOS Y SOLUCIONES PARA CONSULTORIOS Y HOSPITALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	PARTIDA 1	SE SOLICITA LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CANULA DE ALTO FLUJO ASIMETRICA (CON PUNTAS NAALES DE DIFERENTE TAMAÑO)MEJORANDO EL LAVADO DE CO2 Y AUMENTANDO LA PRESION POSITIVA DINAMICA MEJORANDO LA OXIGENACION Y ESTADO RESPIRATORIO DEL PACIENTE CON UN RANGO DE FLUJO DE HASTA 70L/MIN CON ALMOHADILLAS LATERALES DE ESTABILIDAD Y REDUCCION DE PRESION EN ROSTRO CON MEMBRANA RESPIRABLE LIBRE DE LATEX,DEHP,DBP,BBP,BPA	PARA LA CLAVE 379. 171. 3591. 00. 00 DEBERÁ DE APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA. DERIVADO QUE, LAS CLAVES REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL, Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA, "LOS LICITANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE EstrictAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA CONVOCATORIA, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO"
2	PARTIDA 2	SE SOLICITA LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CANULA DE ALTO FLUJO ASIMETRICA (CON PUNTAS NAALES DE DIFERENTE TAMAÑO)MEJORANDO EL LAVADO DE CO2 Y AUMENTANDO LA PRESION POSITIVA DINAMICA MEJORANDO LA OXIGENACION Y ESTADO RESPIRATORIO DEL PACIENTE CON UN RANGO DE FLUJO .DE HASTA 70L/MIN CON ALMOHADILLAS LATERALES DE ESTABILIDAD Y REDUCCION DE PRESION EN ROSTRO CON MEMBRANA RESPIRABLE LIBRE DE LATEX,DEHP,DBP,BBP,BPA	PARA LA CLAVE 379. 171. 3609. 00. 00 DEBERÁ DE APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA. DERIVADO QUE, LAS CLAVES REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL, Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA, "LOS LICITANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE EstrictAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA CONVOCATORIA, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO"
3	PARTIDA 3	SE SOLICITA LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CANULA DE ALTO FLUJO ASIMETRICA (CON PUNTAS NAALES DE DIFERENTE	PARA LA CLAVE 379. 171. 3617. 00. 00 DEBERÁ DE APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		TAMAÑO MEJORANDO EL LAVADO DE CO2 Y AUMENTANDO LA PRESION POSITIVA DINAMICA MEJORANDO LA OXIGENACION Y ESTADO RESPIRATORIO DEL PACIENTE CON UN RANGO DE FLUJO DE HASTA 70L/MIN CON ALMOHADILLAS LATERALES DE ESTABILIDAD Y REDUCCIÓN DE PRESION EN ROSTRO CON MEMBRANA RESPIRABLE LIBRE DE LATEX,DEHP,DBP,BBP,BPA	CONVOCATORIA. DERIVADO QUE, LAS CLAVES REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL, Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA, "LOS LICITANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE EstrictAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA CONVOCATORIA, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO"
4	PARTIDA 4	SE LE SOLICITA AL AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CIRCUITO DE MAYOR TECNOLOGIA LLAMADA AIRSPIRAL LA CUAL CONTIENE UN ESPIRAL CALEFACTOR Y UN ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACION EN UN 80 % CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD ERGNOMICA CON CAMARA DE AUTOLLENADO CON ADAPTADOR PARA NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA MEJORANDO LA TERAPIA Y REDUCIENDO LA CONDENSACION COMPATIBLE CON ADULTO Y PEDIATRICO	PARA LA CLAVE 379. 200. 4057. 00. 00 DEBERÁ DE APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA. DERIVADO QUE, LAS CLAVES REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL, Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA, "LOS LICITANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE EstrictAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA CONVOCATORIA, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO"
5	PARTIDA 7	SE LE SOLICITA AL AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CIRCUITO DE MAYOR TECNOLOGIA LLAMADA AIRSPIRAL LA CUAL CONTIENE UN ESPIRAL CALEFACTOR Y UN ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACION EN UN 80 % CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD ERGNOMICA CON CAMARA DE AUTOLLENADO CON ADAPTADOR PARA NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA	PARA LA CLAVE 379. 200. 4065. 00. 01 (SE MODIFICA EL VARIANTE A 01, DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL, COMO SE APRECIA DE LA ACLARACIÓN GENERAL POR PARTE DE LA CONVOCANTE) DEBERÁ DE APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025	
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.	

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		MEJORANDO LA TERAPIA Y REDUCIENDO LA CONDENSACION COMPATIBLE CON ADULTO Y PEDIATRICO	DERIVADO QUE, LAS CLAVES REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL, Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA, "LOS LICITANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE EstrictAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA CONVOCATORIA, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO"
6	ANEXO TÉCNICO, EQUIPOS EN COMODATO	SE LE PIDE AL AMABLE CONVOCANTE REFERENTE A LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DICHOS EQUIPOS SEAN NO MAYOR A 24 MESES DE FABRICACION ESTO PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA TERAPIA Y PREVENIR PROBLEMAS RELACIONADOS A LA FALTA DE MANTENIMIENTO REALIZADA A LOS MISMOS, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO TÉCNICO EN SU SECCIÓN "LOS EQUIPOS EN COMODATO DEBERÁN CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES", EN EL CUAL SE SOLICITA LO SIGUIENTE: "LOS EQUIPOS EN COMODATO, DEBERÁN SER NUEVOS O DE 2 AÑOS MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD".
7	2.1 CALIDAD MUESTRAS	FAVOR DE INDICAR SI PARA ESTE PROCEDIMIENTO REQUIEREN MUESTRAS FÍSICAS	SI SE REQUIEREN, FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO NÚMERO 1, RELATIVO AL ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA EN SU NUMERAL 8.
8	2.1 CALIDAD MUESTRAS	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, FAVOR DE INDICAR CUÁNTAS MUETSRAS REQUIEREN POR PARTIDA	SE ACEPTA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA DE UNA PIEZA EN SU EMPAQUE ORIGINAL POR CADA CLAVE QUE INTEGRA LA PARTIDA ÚNICA A OFERTAR.
9	2.1 CALIDAD MUESTRAS	FAVOR DE INDICAR FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS	FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO NÚMERO 1, RELATIVO AL ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA EN SU NUMERAL 8. EN EL CUAL SE SEÑALA: "EL DÍA HÁBIL PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, EN UN HORARIO DE 10 A 13 HRS"
10	2.1 REGISTRO SANITARIO	FAVOR DE INDICAR SI ACEPTAN REGISTROS POR FAMILIA	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES EL PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025	
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.	

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
11	2.1 REGISTRO SANITARIO	FAVOR DE INDICAR SI EN EL REFERENCIADO SOLO DEBE IR NUMERO DE SUBPARTIDA Y CLAVE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
12	6. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR	FAVOR DE INDICAR SI REQUIEREN OPINIÓN SAT, IMSS E INFONAVIT	DE ACUERDO AL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTE, EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL S.A.T., IMSS E INFONAVIT, EN EL QUE EMITA OPINIÓN POSITIVA A NOMBRE DEL PARTICIPANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INFONAVIT, ASÍ COMO DE LA EMPRESA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OUTSOURCING) EN SU CASO.
13	6. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, FAVOR DE INDICAR SI ACEPTAN OPINIONES DE IMSS, SAT E INFONAVIT EMITIDAS CON FECHA DE 30 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA	SE REITERA QUE DE ACUERDO AL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTE, EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL S.A.T., IMSS E INFONAVIT, EN EL QUE EMITA OPINIÓN POSITIVA A NOMBRE DEL PARTICIPANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INFONAVIT, ASÍ COMO DE LA EMPRESA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OUTSOURCING) EN SU CASO. FAVOR DE REMITIRSE A DICHO NUMERAL.
14	6.2 FRACC IV CARTA APOYO	FAVOR DE INDICAR EN CASO DE PRESENTAR APOYO DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO, SI PARA ACREDITAR LA RELACIÓN DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON EL FABRICANTE, SI ACEPTAN LA PRESENTACIÓN DE APOSTILLADO EMITIDO POR EL FABRICANTE EXPEDIDO EN EL AÑO EN CURSO (2025) ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DERIVADO QUE EL APOSTILLADO SÓLO SE APLICA A DOCUMENTOS PÚBLICOS, LA CARTA DE APOYO ES UN DOCUMENTO PRIVADO.
15	6.2 FRACC IV CARTA APOYO	FAVOR DE INDICAR SI COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN, LA CONVOCANTE CONTACTARÁ CON	EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A TRAVÉS DE ESTA CONVOCANTE



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		EL FABRICANTE, PARA CORROBORAR QUE EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO TENGA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE ELLOS PARA EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS	EMPLEA DIVERSOS MEDIOS DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTAL PRESENTADA POR LOS PARTICIPANTES, ESTO DEPENDERÁ DEL CONTENIDO PRESENTADO EN LAS PROPUESTAS QUE SE RECIBAN. SE INDICA QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PODRÁ VALIDAR EN CUALQUIER TIEMPO, DURANTE O POSTERIOR AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y MANIFESTACIONES VERTIDAS.
16	6.2 FRACC II CATÁLOGOS	FAVOR DE INDICAR SI SE PUEDEN PRESENTAR POR FAMILIA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
17	6.2 FRACC II CATÁLOGOS	FAVOR DE INDICAR SI SOLAMENTE SE PUEDEN PRESENTAR LAS PÁGINAS CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
18	6.2 FRACC II CATÁLOGOS	FAVOR DE INDICAR SI EN EL REFERENCIADO SOLO DEBE IR NUMERO DE SUBPARTIDA Y CLAVE	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA REFERENCIACIÓN EN LA PROPUESTA TÉCNICA, DEBERÁ DE INDICAR LA PÁGINA Y EL CATÁLOGO RESPECTIVO (EN CASO DE SER MÁS DE UNO), EN EL CUAL SE LOCALIZA LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TANTO DEL CONSUMIBLE COMO DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. ASÍ MISMO DEBERÁ REFERENCIAR CON UNA CORRECTA SEÑALIZACIÓN EN LOS PROPIOS FOLLETOS, CATÁLOGO Y/O FOTOGRAFÍAS.
19	ANEXO TÉCNICO EQUIPO COMODATO	FAVOR DE INDICAR SI REQUIEREN CARTA DE APOYO DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PROPUESTOS	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO L DEL NUMERAL 6 DE LA CONVOCATORIA, LA CARTA DE APOYO ES PARA LOS INSUMOS OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN. ANEXO NÚMERO 22 (VEINTIDÓS).
20	ANEXO TÉCNICO EQUIPO COMODATO	FAVOR DE INDICAR SI REQUIEREN REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PROPUESTOS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
21	ANEXO TÉCNICO EQUIPO	FAVOR DE INDICAR SI REQUIEREN CATÁLOGOS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PROPUESTOS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
	COMODATO		
22	6.2 FRACC IX TARJ CIRCULACION	FAVOR DE INDICAR SI SE PUEDEN PRESENTAR VEHÍCULOS ARRENDADOS, PRESENTANDO JUNTO CON LAS TARJETAS DE CIRCULACIÓN, EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO CON EL LICITANTE, VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DE 2025, ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2, FRACCIÓN IX. LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PODRÁN PRESENTAR UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE COMO COMPROBANTE DE DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE REPARTO REQUERIDOS, EN CASO DE QUE ÉSTOS NO SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL LICITANTE ACOMPAÑADO DE LA COPIA SIMPLE DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN A NOMBRE DEL ARRENDADOR. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA QUE CUBRA EL PLAZO DE CONTRATACIÓN DE ESTE EVENTO, Y QUE DEBERÁ DE ESTAR FIRMADO A NOMBRE DEL LICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O ACCIONISTA EN CASO DE SER PERSONA MORAL O POR LA PERSONA FÍSICA.

3.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR: IDEM MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	NUMERAL 4	5. CON RELACION AL NUMERAL 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: EQUIPO: "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL ADULTO" PUNTO 1.5 "SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL" PARA LOS EQUIPOS EN COMODATO: ¿PUEDE ACLARAR SI DICHO REQUERIMIENTO ES DE CARÁCTER OPCIONAL MAS NO OBLIGATORIO, AÚN CUANDO EL FLUJO DE GAS QUE LLEGA AL PACIENTE NO CIRCULA POR EL EQUIPO? SOLICITAMOS SE PERMITA OFRECER EQUIPOS CON DESINFECCIÓN MANUAL O SIN	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA INTERVENIR CON EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ARTÍCULO 1 DE LA LAASSP, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICO-CLÍNICAS PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS NO ES POSIBLE ACEPTAR SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS EN COMODATO, SE ENCUENTRAN ALINEADAS Y





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		NECESIDAD DE DESINFECCIÓN INTERNA, EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ARTÍCULO 1 DE LA LAASSP.	<p>CORRESPONDEN A LAS QUE ACTUALMENTE EL SECTOR SALUD, HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS, COMO SE DESPRENDEN DE LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD DEL EQUIPO DENOMINADO "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE ALTO FLUJO INTEGRADO" POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECÍFICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27/09/2019.</p> <p>EN ADICIÓN DE LO ANTERIOR ES NECESARIO CONFIRMAR QUE EL REQUERIMIENTO A QUE HACE ALUSIÓN EL NUMERAL 1.5 RESPONDE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD EN DESINFECCIÓN QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA GENERACIÓN DE INFECCIONES A LAS VÍAS RESPIRATORIAS DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS PATOLOGÍAS PRESENTADAS EN LOS DIVERSOS PACIENTES QUE UTILIZARÁN LOS EQUIPOS.</p>
2	NUMERAL 4	7. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SE HACE LA OBSERVACION QUE EL EQUIPO REQUIERE POR CADA PACIENTE UN CIRCUITO DE PACIENTE, CANULA NASAL, CAMARA DE HUMIDIFICACION, SE ENTIENDE QUE TODO EL MATERIAL A UTILIZAR CON EL EQUIPO ES DESECHABLE Y QUE AL LLEGAR AL TIEMPO MAXIMO DE VIDA DEL MATERIAL, ÉSTE SE DESECHA EN SU TOTALIDAD SIENDO INNECESARIO EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DESINFECCION DE ALTO NIVEL, POR LO TANTO, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO 1.5 DEL NUMERAL 4. CARACTERÍSTICAS	<p>ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA INTERVENIR CON EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA LAASSP Y EN PRO DE LA LIBRE COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICO-CLÍNICAS PARA EL INSTITUTO.</p> <p>EN ESTE SENTIDO DE IDEAS NO ES POSIBLE ACEPTAR SU SOLICITUD QUE SEA OPCIONAL EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DESINFECCION DE ALTO NIVEL, TODA VEZ</p>



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025	
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.	

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, SEA OPCIONAL, CONFORME AL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA LAASSP Y EN PRO DE LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	<p>QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS EN COMODATO, SE ENCUENTRAN ALINEADAS Y CORRESPONDEN A LAS QUE ACTUALMENTE EL SECTOR SALUD, HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS, COMO SE DESPRENDEN DE LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD DEL EQUIPO DENOMINADO "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE ALTO FLUJO INTEGRADO" POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECÍFICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27/09/2019.</p> <p>EN ADICIÓN DE LO ANTERIOR ES NECESARIO CONFIRMAR QUE EL REQUERIMIENTO A QUE HACE ALUSIÓN EL NUMERAL 1.5 RESPONDE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD EN DESINFECCIÓN QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA GENERACIÓN DE INFECCIONES A LAS VÍAS RESPIRATORIAS DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS PATOLOGÍAS PRESENTADAS EN LOS DIVERSOS PACIENTES QUE UTILIZARÁN LOS EQUIPOS.</p>
3	NUMERAL 4	8. RELATIVO AL NUMERAL 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: EQUIPO: "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL ADULTO" PUNTO 1.7 SE SOLICITA SE RECONSIDERE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE "NO REQUERIR AIRE DE PARED" PARA LOS EQUIPOS EN COMODATO, YA QUE ALGUNOS DISPOSITIVOS MÁS ROBUSTOS Y	<p>NO ES POSIBLE ACEPTAR SU SOLICITUD TODA VEZ QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS EN COMODATO SE ENCUENTRAN ALINEADAS Y CORRESPONDEN A LAS QUE ACTUALMENTE EL SECTOR SALUD, HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS,</p>





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		EFICIENTES PUEDEN REQUERIRLO. ¿PUEDE PERMITIRSE EL USO DE EQUIPOS QUE OPEREN CON AIRE DE PARED, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS CLÍNICOS Y DE SEGURIDAD DEL PACIENTE?	<p>COMO SE DESPRENDEN DE LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO BÁSICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD DEL EQUIPO DENOMINADO "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE ALTO FLUJO INTEGRADO" POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECÍFICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27/09/2019.</p> <p>EN ADICIÓN DE LO ANTERIOR ES NECESARIO CONFIRMAR QUE EL REQUERIMIENTO A QUE HACE ALUSIÓN EL NUMERAL 1.7 RESPONDE A LA NECESIDAD DE EFICIENTIZAR EL ESPACIO DENTRO DE LAS TERAPIAS INTENSIVAS EN DONDE SE TIENEN CONECTADOS DIVERSOS EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES.</p>
4	NUMERAL 4	9. RELATIVO AL NUMERAL 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: EQUIPO: "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL ADULTO" PUNTO 1.7 QUE INDICA QUE EL EQUIPO EN COMODATO "NO DEBERÁ REQUERIR SUMINISTRO DE AIRE DE PARED", SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS QUE SÍ UTILICEN ESTA FUENTE, CUANDO ELLO REPRESENTA UNA MEJORA TÉCNICA O DE EFICIENCIA CLÍNICA, CONFORME AL ARTÍCULO 48 DE LA LAASSP.	<p>NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD, DERIVADO DE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO EN LAS RESPUESTAS ANTERIORES.</p> <p>POR LO QUE SE REITERA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS EN COMODATO, SE ENCUENTRAN ALINEADAS Y CORRESPONDEN A LAS QUE ACTUALMENTE EL SECTOR SALUD, HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS, COMO SE DESPRENDEN DE LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD DEL EQUIPO DENOMINADO "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE ALTO FLUJO INTEGRADO" POR EL COMITÉ TÉCNICO</p>





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			ESPECÍFICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27/09/2019.
5	NUMERAL 4	10. CON RELACION AL PUNTO 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: EQUIPO: "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL PEDIÁTRICO" PUNTO 1.5 "SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL" PARA LOS EQUIPOS EN COMODATO: ¿PUEDE ACLARAR SI DICHO REQUERIMIENTO ES DE CARÁCTER OPCIONAL MAS NO OBLIGATORIO, AÚN CUANDO EL FLUJO DE GAS QUE LLEGA AL PACIENTE NO CIRCULA POR EL EQUIPO? SOLICITAMOS SE PERMITA OFRECER EQUIPOS CON DESINFECCIÓN MANUAL O SIN NECESIDAD DE DESINFECCIÓN INTERNA, EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ARTÍCULO 1 DE LA LAASSP.	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA INTERVENIR CON EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ARTÍCULO 1 DE LA LAASSP, TENIENDO COMO ÚNICA OBJETIVO OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICO-CLÍNICAS PARA EL INSTITUTO, EN ESTE SENTIDO DE IDEAS NO ES POSIBLE ACEPTAR SU SOLICITUD TODA VEZ QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS EN COMODATO, SE ENCUENTRAN ALINEADAS Y CORRESPONDEN A LAS QUE ACTUALMENTE EL SECTOR SALUD, HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS, COMO SE DESPRENDEN DE LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD DEL EQUIPO DENOMINADO "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE ALTO FLUJO INTEGRADO" POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECÍFICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27/09/2019. EN ADICIÓN DE LO ANTERIOR ES NECESARIO CONFIRMAR QUE EL REQUERIMIENTO A QUE HACE ALUSIÓN EL NUMERAL 1.5 RESPONDE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD EN DESINFECCIÓN QUE CONTRIBUYA A LA GENERACIÓN DE



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			INFECCIONES A LAS VÍAS RESPIRATORIAS DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS PATOLOGÍAS PRESENTADAS EN LOS DIVERSOS PACIENTES QUE UTILIZARÁN LOS EQUIPOS.
6	ANEXO NUMERO 1 BIS	18. RESPECTO AL ANEXO NUMERO 1 BIS "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO B) PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO, INDICANDO EN SU CASO, EL CALENDARIO CON PROGRAMA Y CONDICIONES DE ENTREGAS QUE CORRESPONDE. SE ENTIENDE QUE LAS ENTREGAS NO SERAN PROGRAMADAS SINO ES CONTRA LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES TENIENDO UN PLAZO DE 4 HORAS PARA REALIZAR LA ENTREGA, MENCIONADO LO ANTERIOR, SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE LA CONVOCANTE SE CONTRADICE, DADO QUE EN EL PUNTO 3. MODALIDAD DE LA CONTRATACION MENCIONA QUE EL CONTRATO SERÁ ABIERTO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LAASSP, Y QUE A LA LETRA DICE: LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS ABIERTOS PARA ADQUIRIR BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS QUE REQUIERAN DE MANERA REITERADA CONFORME A LO SIGUIENTE: I. SE ESTABLECERÁ LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A CONTRATAR; O BIEN, EL PRESUPUESTO MÍNIMO Y MÁXIMO QUE PODRÁ EJERCERSE. LA CANTIDAD O PRESUPUESTO MÍNIMO NO PODRÁ SER INFERIOR AL CUARENTA POR CIENTO DE LA CANTIDAD O PRESUPUESTO MÁXIMO. EN CASOS DE BIENES QUE SE FABRIQUEN EN FORMA EXCLUSIVA PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, LA CANTIDAD O PRESUPUESTO MÍNIMO QUE SE REQUIERA NO PODRÁ SER INFERIOR AL OCHENTA POR CIENTO DE LA CANTIDAD O PRESUPUESTO MÁXIMO QUE SE ESTABLEZCA. SE ENTENDERÁ POR BIENES DE FABRICACIÓN EXCLUSIVA, LOS QUE REQUIEREN UN PROCESO DE FABRICACIÓN ESPECIAL DETERMINADO POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.	<p>EN EL CASO CONCRETO, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS, NO SON BIENES DE FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL INSTITUTO, YA QUE NO REQUIEREN UN PROCESO DE FABRICACIÓN ESPECIAL DETERMINADO POR EL IMSS, SINO QUE SE TRATA DE BIENES ESTANDARIZADOS EN EL MERCADO.</p> <p>EN ESA TESISURA, NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD DE EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <p>SE CONSIDERA PRUDENTE RESALTAR LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), ANEXO TÉCNICO, (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, EN SU NUMERAL 6, QUE SEÑALA:</p> <p>"6.- LOS LICITANTES SE OBLIGAN A CONTAR EN TODO MOMENTO CON STOCK DE LOS INSUMOS MÉDICOS EN AL MENOS LA MITAD DEL MÍNIMO SOLICITADO."</p>



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		NO SE PODRÁN ESTABLECER PLAZOS DE ENTREGA EN LOS CUALES NO SEA FACTIBLE PRODUCIR LOS BIENES, Y II. SE HARÁ UNA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS CON SUS CORRESPONDIENTES PRECIOS UNITARIOS. "[...] POR LO CUAL, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES CUANDO ESTOS SEAN SOLICITADOS POR EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE AL MENOS 5 DÍAS HÁBILES, ¿SE ACEPTA?	
7	ANEXO 1	23. CON RESPECTO AL ANEXO 1 RENGLON 2 CLAVE: 379 171 3609 00 00 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL COLOR DE CANULA SEA OPCIONAL, DADO QUE, QUE EL COLOR DE CANULA VARIA DE ACUERDO CON EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE PARA LA CLAVE: 379 171 3609 00 00, EL INTERESADO PUEDA OFERTAR IDENTIFICADOR DE COLOR DE ACUERDO CON SU PROPIA MARCA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
8	ANEXO 1	30. CON RESPECTO AL ANEXO 1 RENGLON 21 CLAVE 379 561 3375 00 00 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL COLOR DE CANULA SEA OPCIONAL, DADO QUE, QUE EL COLOR DE CANULA VARIA DE ACUERDO CON EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE PARA LA CLAVE: 379 561 3375 00 00, EL INTERESADO PUEDA OFERTAR IDENTIFICADOR DE COLOR DE ACUERDO CON SU PROPIA MARCA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
9	NUMERAL 12.1 PERÍODO DE CONTRATACIÓN	1. CON RESPECTO AL NUMERAL 12.1 PERÍODO DE CONTRATACIÓN LA CONVOCANTE DICE QUE LA VIGENCIA SERÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025. ¿ES CORRECTO LA FECHA QUE PROPORCIONA?	DE ACUERDO A LAS ACLARACIONES GENERALES POR PARTE DE LA CONVOCANTE: EL (LOS) CONTRATO(S) QUE, EN SU CASO, SEA(N) FORMALIZADO(S) CON MOTIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERÁ(N) DE CARÁCTER ANUAL, Y CONTARÁ(N) CON UN PERÍODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.
10	NUMERAL 6, NUMERAL 6.1	5. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO RECAE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS MENCIONADOS EN LOS ANEXOS DE LA PRESENTE BASES, BASTARÁ CON COLOCAR LA	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LEYENDA "NO APLICA" ¿SE ACEPTA?	
11	ANEXO 18	1. EN RELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 18 RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE: ¿CUÁL ES LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL PARA SOLICITAR UN NÚMERO CONSIDERABLE DE EQUIPOS MÉDICOS EN COMODATO Y UNA CANTIDAD COMPARATIVAMENTE BAJA DE CONSUMIBLES PARA TODO EL AÑO? LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN II DE LA LAASSP ESTABLECE QUE SE DEBEN OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO EN CUANTO A CANTIDAD, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y PRECIO	EL REQUERIMIENTO SE BASA EN EL HISTORIAL DE DEMANDA DE USO DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL OOAD YUCATÁN.
12	ANEXO 18	2. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 Y 47 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE JUSTIFICAR TÉCNICAMENTE LA PROPORCIONALIDAD ENTRE EL NÚMERO DE EQUIPOS SOLICITADOS EN COMODATO Y LA CANTIDAD DE CONSUMIBLES REQUERIDOS, YA QUE EL DESBALANCE PODRÍA COMPROMETER LA EFICIENCIA OPERATIVA DEL SERVICIO MÉDICO CONTINUO Y EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.	LA CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS, RESPONDE AL HISTORIAL DE DEMANDA DE USO POR PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL OOAD YUCATÁN. LA CANTIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS SOLICITADOS NO COMPROMETE LA EFICIENCIA OPERATIVA DEL SERVICIO MÉDICO CONTINUO, ASÍ COMO TAMPOCO COMPROMETE EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, YA QUE HISTÓRICAMENTE ES LA NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO MÉDICO REQUERIDO PARA EL USO DE LA TERAPIA DE ALTO FLUJO DE PACIENTES EN ESTE OOAD YUCATÁN.
13	PUNTO 6.2 PROPOSICION TECNICA	3. CON RESPECTO AL PUNTO 6.2 PROPOSICION TECNICA FRACCION IX, EN LA CUAL, LA CONVOCANTE SOLICITA VEHÍCULOS DE REPARTO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS: ¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO QUE JUSTIFICA DICHA RESTRICCIÓN? SOLICITAMOS SE PERMITA UNA MAYOR ANTIGÜEDAD (HASTA 8 AÑOS), SIEMPRE QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. CONFORME AL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA LAASSP Y EN PRO DE LA LIBRE COMPETENCIA, DICHA MEDIDA PODRÍA REPRESENTAR UNA BARRERA INNECESARIA.	PRIMERO QUE NADA, CABE REITERAR QUE ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE NINGÚN LICITANTE, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO, ASIMISMO, GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS DEL CONTRATO QUE EN SU CASO SE ADJUDIQUE. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, EN LA ESPECIE, LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			<p>OBJETO DE LA LICITACIÓN, REQUIEREN QUE ÉSTAS SE REALICEN A CONTRA PEDIDO DE LA UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE, TENIENDO UN PLAZO DE ENTREGA DE 4 HORAS EN EL ÁREA CAPITALINA.</p> <p>SIN EMBARGO, EN ARAS DEL PRINCIPIO DE LA LIBRE COMPETENCIA Y MÁXIMA CONCURRENCIA, SE ACEPTA QUE SE PROPONGAN VEHÍCULOS DE REPARTO (MÍNIMO 2 UNIDADES), SEAN DE MODELO NO MAYOR A 8 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, EN LA INTELIGENCIA QUE DEBERÁN ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO PARA NO MENOSCABAR EL REFERIDO PLAZO DE ENTREGA.</p>
14	PUNTO 6.2 PROPOSICION TECNICA FRACCION IX	4. RESPECTO AL PUNTO 6.2 FRACCION IX, CON RELACION A LA EXIGENCIA DE QUE LOS VEHÍCULOS DE REPARTO NO SUPEREN LOS CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR EL FUNDAMENTO NORMATIVO, TÉCNICO-OPERATIVO O DE SEGURIDAD QUE JUSTIFIQUE ESTA CONDICIÓN, YA QUE PODRÍA SER RESTRICTIVA PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EN CONTRAVENCIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA LAASSP Y DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA CONCURRENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	SE REITERA QUE, EN ARAS DEL PRINCIPIO DE LA LIBRE COMPETENCIA Y MÁXIMA CONCURRENCIA, SE ACEPTA QUE SE PROPONGAN VEHÍCULOS DE REPARTO (MÍNIMO 2 UNIDADES), SEAN DE MODELO NO MAYOR A 8 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, EN LA INTELIGENCIA QUE DEBERÁN ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO PARA NO MENOSCABAR EL PLAZO DE ENTREGA DE 4 HORAS EN EL ÁREA CAPITALINA.
15	NUMERAL 4.	6. RELATIVO AL NUMERAL 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: EQUIPO: "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL ADULTO" PUNTO 1.5 TODA VEZ QUE EN LOS SISTEMAS DE ALTO FLUJO EL GAS SUMINISTRADO AL PACIENTE NO TRANSITA INTERNAMENTE POR EL CUERPO DEL EQUIPO, SINO QUE LO HACE EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL CIRCUITO DESECHABLE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL REQUERIMIENTO DE "SISTEMA AUTOMATIZADO DE	<p>ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA INTERVENIR CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICO-CLÍNICAS PARA EL INSTITUTO.</p> <p>EN ESTE SENTIDO DE IDEAS NO ES POSIBLE ACEPTAR SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS EN</p>



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL" EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26 Y 47 DE LA LAASSP. MOTIVO POR EL CUAL, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO 1.5 CON SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL SEA OPCIONAL MAS NO OBLIGATORIO, ¿SE ACEPTA?	COMODATO, SE ENCUENTRAN ALINEADAS Y CORRESPONDEN A LAS QUE ACTUALMENTE EL SECTOR SALUD, HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS, COMO SE DESPRENDEN DE LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD DEL EQUIPO DENOMINADO "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE ALTO FLUJO INTEGRADO" POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECÍFICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27/09/2019. EN ADICIÓN DE LO ANTERIOR ES NECESARIO CONFIRMAR QUE EL REQUERIMIENTO A QUE HACE ALUSIÓN EL NUMERAL 1.5 RESPONDE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD EN DESINFECCIÓN QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA GENERACIÓN DE INFECCIONES A LAS VÍAS RESPIRATORIAS DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS PATOLOGÍAS PRESENTADAS EN LOS DIVERSOS PACIENTES QUE UTILIZARÁN LOS EQUIPOS.
16	NUMERAL 4	11. RELATIVO AL NUMERAL 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: EQUIPO: "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL PEDIÁTRICO"1.5 TODA VEZ QUE EN LOS SISTEMAS DE ALTO FLUJO EL GAS SUMINISTRADO AL PACIENTE NO TRANSITA INTERNAMENTE POR EL CUERPO DEL EQUIPO, SINO QUE LO HACE EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL CIRCUITO DESECHABLE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA INTERVENIR CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, TENIENDO COMO ÚNICA OBJETIVO OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICO-CLÍNICAS PARA EL INSTITUTO, EN ESTE SENTIDO DE IDEAS NO ES POSIBLE ACEPTAR SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		REQUERIMIENTO DE "SISTEMA AUTOMATIZADO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL" EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26 Y 47 DE LA LAASSP. MOTIVO POR EL CUAL, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO 1.5 CON SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL SEA OPCIONAL MAS NO OBLIGATORIO, ¿SE ACEPTA?	PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS EN COMODATO, SE ENCUENTRAN ALINEADAS Y CORRESPONDEN A LAS QUE ACTUALMENTE EL SECTOR SALUD, HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS, COMO SE DESPRENDEN DE LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD DEL EQUIPO DENOMINADO "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE ALTO FLUJO INTEGRADO" POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECÍFICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27/09/2019. EN ADICIÓN DE LO ANTERIOR ES NECESARIO CONFIRMAR QUE EL REQUERIMIENTO A QUE HACE ALUSIÓN EL NUMERAL 1.5 RESPONDE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD EN DESINFECCIÓN QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA GENERACIÓN DE INFECCIONES A LAS VÍAS RESPIRATORIAS DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS PATOLOGÍAS PRESENTADAS EN LOS DIVERSOS PACIENTES QUE UTILIZARÁN LOS EQUIPOS.
17	NUMERAL 4	12. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SE HACE LA OBSERVACION QUE EL EQUIPO REQUIERE POR CADA PACIENTE UN CIRCUITO DE PACIENTE, CANULA NASAL, CAMARA DE HUMIDIFICACION, SE ENTIENDE QUE TODO EL MATERIAL A UTILIZAR CON EL EQUIPO ES DESECHABLE Y QUE AL LLEGAR AL TIEMPO MAXIMO DE VIDA DEL MATERIAL, ÉSTE SE DESECHA EN SU TOTALIDAD SIENDO INNECESARIO EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DESINFECCION DE ALTO NIVEL, POR LO TANTO, SE LE SOLICITA	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA INTERVENIR CON EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Y EN PRO DE LA LIBRE COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICA OBJETIVO OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICO-CLÍNICAS PARA EL INSTITUTO, EN ESTE SENTIDO DE IDEAS NO ES POSIBLE ACEPTAR SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LAS



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NUMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO 1.5 DEL NUMERAL 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, SEA OPCIONAL, CONFORME AL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA LAASSP Y EN PRO DE LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS EN COMODATO, SE ENCUENTRAN ALINEADAS Y CORRESPONDEN A LAS QUE ACTUALMENTE EL SECTOR SALUD, HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS, COMO SE DESPRENDEN DE LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD DEL EQUIPO DENOMINADO "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE ALTO FLUJO INTEGRADO" POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECÍFICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27/09/2019.</p> <p>EN ADICIÓN DE LO ANTERIOR ES NECESARIO CONFIRMAR QUE EL REQUERIMIENTO A QUE HACE ALUSIÓN EL NUMERAL 1.5 RESPONDE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD EN DESINFECCIÓN QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA GENERACIÓN DE INFECCIONES A LAS VÍAS RESPIRATORIAS DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS PATOLOGÍAS PRESENTADAS EN LOS DIVERSOS PACIENTES QUE UTILIZARÁN LOS EQUIPOS.</p>
18	NUMERAL 4	13. RELATIVO AL NUMERAL 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: EQUIPO: "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL PEDIÁTRICO" PUNTO 1.7 SE SOLICITA SE RECONSIDERE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE "NO REQUERIR AIRE DE PARED" PARA LOS EQUIPOS EN COMODATO, YA QUE ALGUNOS DISPOSITIVOS MÁS ROBUSTOS Y	<p>NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD, DERIVADO DE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO EN LAS RESPUESTAS ANTERIORES.</p> <p>POR LO QUE SE REITERA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS EN COMODATO, SE ENCUENTRAN ALINEADAS Y</p>



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		EFICIENTES PUEDEN REQUERIRLO. ¿PUEDE PERMITIRSE EL USO DE EQUIPOS QUE OPEREN CON AIRE DE PARED, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS CLÍNICOS Y DE SEGURIDAD DEL PACIENTE?	<p>CORRESPONDEN A LAS QUE ACTUALMENTE EL SECTOR SALUD, HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS, COMO SE DESPRENDEN DE LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD DEL EQUIPO DENOMINADO "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE ALTO FLUJO INTEGRADO" POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECÍFICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27/09/2019.</p> <p>EN ADICIÓN DE LO ANTERIOR ES NECESARIO CONFIRMAR QUE EL REQUERIMIENTO A QUE HACE ALUSIÓN EL NUMERAL 1.7 RESPONDE A LA NECESIDAD DE EFICIENTIZAR EL ESPACIO DENTRO DE LAS TERAPIAS INTENSIVAS EN DONDE SE TIENEN CONECTADOS DIVERSOS EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES.</p>
19	NUMERAL 4	14. RELATIVO AL NUMERAL 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: EQUIPO: "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL PEDIÁTRICO" PUNTO 1.7 QUE INDICA QUE EL EQUIPO EN COMODATO "NO DEBERÁ REQUERIR SUMINISTRO DE AIRE DE PARED", SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS QUE SÍ UTILICEN ESTA FUENTE, CUANDO ELLO REPRESENTA UNA MEJORA TÉCNICA O DE EFICIENCIA CLÍNICA, CONFORME AL ARTÍCULO 48 DE LA LAASSP.	<p>NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD, DERIVADO DE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO EN LAS RESPUESTAS ANTERIORES.</p> <p>POR LO QUE SE REITERA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS EN COMODATO, SE ENCUENTRAN ALINEADAS Y CORRESPONDEN A LAS QUE ACTUALMENTE EL SECTOR SALUD, HA CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS MÉDICOS, COMO SE DESPRENDEN DE LA INCLUSIÓN EN</p>



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD DEL EQUIPO DENOMINADO "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE ALTO FLUJO INTEGRADO" POR EL COMITÉ TÉCNICO ESPECÍFICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27/09/2019.
20	NUMERAL 4	15. RELATIVO AL NUMERAL 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: EQUIPO: "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO NEONATAL DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL" PUNTO 2.6 EN EL CUAL SE SOLICITA UN SEGUNDO FLUJÓMETRO DE 0 A 3.5 LPM, SE SOLICITA SE PRECISE SI ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE, CONSIDERANDO QUE SU FUNCIONALIDAD CORRESPONDE A OXIGENOTERAPIA CONVENCIONAL Y NO AL SUMINISTRO DE ALTO FLUJO NEONATAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE ESTE REQUISITO SEA OPCIONAL MÁS NO OBLIGATORIO, DEBIDO A QUE EL EQUIPO CUMPLE ÍNTEGRAMENTE CON LA FUNCIONALIDAD PRINCIPAL REQUERIDA CONFORME AL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. PARA EL EQUIPO "HUMIDIFICADOR PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO ALTO FLUJO NEONATAL DE AIRE/OXÍGENO POR INTERFAZ NASAL", DEBERÁ DE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.6 FLUJÓMETRO DE 0 A 3.5 LPM, DERIVADO DE QUE ESTE ELEMENTO ES NECESARIO PARA PODER UTILIZAR LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
21	NUMERAL 5	16. RESPECTO AL NUMERAL 5. EN EL CUAL MENCIONA QUE EL PARTICIPANTE QUE RESULTE CON UNA ADJUDICACIÓN DEMUESTRE EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR AL FALLO QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS DENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y ASÍ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCATE SI, ¿PUDIESE CONSIDERARSE COMO ALTERNATIVA EL USO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN O ARRENDAMIENTO CON TERCEROS LOCALES,	DERIVADO DE LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE TIENE COMO FINALIDAD QUE EL INSTITUTO GARANTICE SIEMPRE LA MEJOR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES, EVITANDO EN TODO MOMENTO LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIAS RESPIRATORIAS DERIVADO DE CARENCIA DE INSUMOS O CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y PLENO FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS, Y DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS ENTREGAS, LAS



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NUMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SIEMPRE QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE ENTREGA DE 4 HORAS? LO ANTERIOR CON BASE EN EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PARTICIPACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, EN CONCORDANCIA CON LA LAASSP.	CUALES SE REALIZAN A CONTRA PEDIDO DE LA UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE, TENIENDO UN PLAZO DE ENTREGA DE 4 HORAS EN EL ÁREA CAPITALINA, NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTÁ CONSIDERADA LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN.
22	NUMERAL 5	17. RESPECTO AL NUMERAL 5. EN EL CUAL MENCIONA QUE EL PARTICIPANTE QUE RESULTE CON UNA ADJUDICACIÓN DEMUESTRE EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR AL FALLO QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS DENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y ASÍ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISAR SI ES ACEPTABLE LA SUBCONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TERCEROS DEBIDAMENTE ACREDITADOS DENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE CONTAR CON INSTALACIONES EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. ESTO EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA Y EFICIENCIA CONTRACTUAL CONFORME AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, Y ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.	DERIVADO DE LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE TIENE COMO FINALIDAD QUE EL INSTITUTO GARANTICE SIEMPRE LA MEJOR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES, EVITANDO EN TODO MOMENTO LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIAS RESPIRATORIAS DERIVADO DE CARENCIA DE INSUMOS O CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y PLENO FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS, Y DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS ENTREGAS, LAS CUALES SE REALIZAN A CONTRA PEDIDO DE LA UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE, TENIENDO UN PLAZO DE ENTREGA DE 4 HORAS EN EL ÁREA CAPITALINA, NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTÁ CONSIDERADA LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN.
23	ENTREGA DE LOS BIENES	19. REFERENTE A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, LA CONVOCANTE DICE: EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS EN COMODATO EN CADA UNIDAD M+EDICA DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DESIGNADAS EN EL REQUERIMIENTO. LA ENTREGA DEBE DE REALIZARSE EN LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR LOS EQUIPOS EN SU TOTALIDAD 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE NINGÚN LICITANTE, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO, EN ESTE SENTIDO DE IDEAS NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBRÁ APEGARSE A LO INDICADO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
24	ENTREGA DE LOS BIENES	20. REFERENTE A LA ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES, LA CONVOCANTE DICE: LAS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ENTREGAS DE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y/O REFACCIONES DEBERÁN SER ENTREGADAS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES ENLISTADAS EN EL ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) DE FORMA DIRECTA, NO EXISTIRÁN ENTREGAS EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL. TENIENDO UN PLAZO DE ENTREGA DE 4 HORAS EN LAS UNIDADES MÉDICAS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. SE ENTIENDE QUE LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN EL ALMACEN DE LA UNIDAD, QUIEN NOS FIRMARÁ DE RECIBIDO Y POSTERIOR A LA ENTREGA SE EMITIRÁ LA ORDEN DE REPOSICIÓN, POR LO TANTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ ACUDIR AL ALMACEN DELEGACIONAL UBICADO EN LA COLONIA SERAPIO RENDÓN CON LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA UNIDAD; ESTO CON LA FINALIDAD DE GENERAR EL ALTA CORRESPONDIENTE ¿ES CORRECTO?	
25	ANEXO 1	21. CON RESPECTO AL ANEXO 1 RENGLON 1 CLAVE 379 171 3591 00 00 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL COLOR DE CANULA SEA OPCIONAL, DADO QUE, QUE EL COLOR DE CANULA VARIA DE ACUERDO CON EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE PARA LA CLAVE: 379 171 3591 00 00, EL INTERESADO PUEDA OFERTAR IDENTIFICADOR DE COLOR DE ACUERDO CON SU PROPIA MARCA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
26	ANEXO 1	22. CON RESPECTO AL ANEXO 1 RENGLON 1 CLAVE 379 171 3591 00 00 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL FLUJO MÁXIMO SEA DE 60 L/MIN DADO QUE LA TERAPIA DE ALTO FLUJO BUSCA OTORGAR COMO MÁXIMO 60 L/MIN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE PARA LA CLAVE: 379 171 3591 00 00, EL INTERESADO PUEDA OFERTAR QUE EL FLUJO MÁXIMO SEA DE 60 L/MIN SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
27	ANEXO 1	24. CON RESPECTO AL ANEXO 1 RENGLON 3 CLAVE: 379 171 3617 00 00 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL COLOR DE CANULA SEA OPCIONAL, DADO QUE, QUE EL COLOR DE CANULA VARIA DE ACUERDO CON EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE PARA LA CLAVE: 379 171/3617 00 00, EL INTERESADO PUEDA OFERTAR IDENTIFICADOR DE COLOR DE ACUERDO CON SU PROPIA MARCA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.



2025
Año de
La Mujer Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
28	ANEXO 1	25. CON RESPECTO AL ANEXO 1 RENGLO 5 CLAVE: 379 171 3690 00 00 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL COLOR DE CANULA SEA OPCIONAL, DADO QUE, QUE EL COLOR DE CANULA VARIA DE ACUERDO CON EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE PARA LA CLAVE: 379 171 3690 00 00, EL INTERESADO PUEDA OFERTAR IDENTIFICADOR DE COLOR DE ACUERDO CON SU PROPIA MARCA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
29	ANEXO 1	26. CON RESPECTO AL ANEXO 1 RENGLO 6 CLAVE: 379 171 3708 00 00 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL COLOR DE CANULA SEA OPCIONAL, DADO QUE, QUE EL COLOR DE CANULA VARIA DE ACUERDO CON EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE PARA LA CLAVE: 379 171 3708 00 00, EL INTERESADO PUEDA OFERTAR IDENTIFICADOR DE COLOR DE ACUERDO CON SU PROPIA MARCA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
30	ANEXO 1	27. CON RESPECTO AL ANEXO 1 RENGLO 20 CLAVE 379 561 3367 00 00 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL RANGO DE PESO CORPORAL PARA EL PACIENTE NEONATAL ES: MAYOR A 1 KG O MENOR A 1 KG PARA EL USO DEL KIT DE TRANSICIÓN DE BCPAP A ALTO FLUJO, DADO QUE ESTO IMPACTA EN LA COMPATIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS OFERTADOS. FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA QUE PARA LA CLAVE 379 561 3367 00 00, DEFINIDA COMO TAMAÑO EXTRA-CHICA, ES PARA PACIENTES CON PESO DE 1 A 2 KILOGRAMOS.
31	ANEXO 1	28. CON RESPECTO AL ANEXO 1 RENGLO 20 CLAVE 379 561 3367 00 00 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL COLOR DE CANULA SEA OPCIONAL, DADO QUE, QUE EL COLOR DE CANULA VARIA DE ACUERDO CON EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE PARA LA CLAVE: 379 561 3367 00 00, EL INTERESADO PUEDA OFERTAR IDENTIFICADOR DE COLOR DE ACUERDO CON SU PROPIA MARCA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
32	ANEXO 1	29. CON RESPECTO AL ANEXO 1 RENGLO 21 CLAVE 379 561 3375 00 00 SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL RANGO DE PESO CORPORAL PARA EL PACIENTE NEONATAL ES: MAYOR A 2 KG O MENOR A 2 KGKG PARA EL USO DEL KIT DE TRANSICIÓN DE BCPAP A ALTO FLUJO, DADO QUE ESTO IMPACTA EN LA COMPATIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS OFERTADOS. FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA QUE PARA LA CLAVE 379 561 3375 00 00, DEFINIDA COMO TAMAÑO CHICA, ES PARA PACIENTES CON PESO DE 1 A 3.5 KILOGRAMOS.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
33	2.1 CALIDAD	31. CON RESPECTO AL NUMERAL 2.1 CALIDAD "REGISTRO SANITARIO" SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL PODER COLOCAR EL REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA IDENTIFICANDO LA CLAVE QUE CORRESPONDA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES EL PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
34	NUMERAL 6. INCISO C)	2. CON RESPECTO AL NUMERAL 6. INCISO C) ¿SERÁ APLICABLE EL MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL CONFORME AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF EL 12 DE JULIO DE 2004? EN CASO AFIRMATIVO, SOLICITAMOS SE CONFIRME SI BASTA CON PRESENTAR LA CARTA DE ORIGEN NACIONAL FIRMADA POR FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR CONFORME AL ANEXO 4.	DERIVADO QUE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁ POR PARTIDA ÚNICA, LA CUAL ES INDIVISIBLE E INTEGRADA POR 21 CLAVES, SE CONSIDERARÁ QUE SE CONFIGURA EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL INCISO C. DEL NUMERAL 6 DE LA CONVOCATORIA, SI TODOS LOS BIENES QUE INTEGRAN LA PARTIDA ÚNICA SON DE ORIGEN NACIONAL Y NO SOLAMENTE ALGUNOS DE ELLOS. ASI MISMO, EL ORIGEN DE LOS BIENES SE VERIFICARÁ CON EL REGISTRO SANITARIO RESPECTIVO, POR LO QUE NO BASTARÁ CON LA SÓLA MANIFESTACIÓN DEL ESCRITO A QUE SE REFIERE EL MENCIONADO INCISO C. DEL NUMERAL 6 DE LA CONVOCATORIA.
35	2.1 CALIDAD	3. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN CASO DE PRESENTAR UN REGISTRO SANITARIO EN TRÁMITE DE PRÓRROGA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE ES VÁLIDA LA COMBINACIÓN DE: (I) COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA., (II) COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS. Y (III) CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025	
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.	

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
36	NUMERAL 3.	<p>¿ES CORRECTO?</p> <p>4. CON RESPECTO AL NUMERAL 3. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN LA CONVOCANTE DICE: EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE REALIZARÁ CON LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY. LO ANTERIOR, CON LA INTENCION DE NO IRRUMPIR CON EL ARTICULO 68 DE LA LAASSP, Y QUE A LA LETRA DICE: "[...] LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS ABIERTOS PARA ADQUIRIR BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS QUE REQUIERAN DE MANERA REITERADA CONFORME A LO SIGUIENTE: I. SE ESTABLECERÁ LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A CONTRATAR; O BIEN, EL PRESUPUESTO MÍNIMO Y MÁXIMO QUE PODRÁ EJERCERSE. LA CANTIDAD O PRESUPUESTO MÍNIMO NO PODRÁ SER INFERIOR AL CUARENTA POR CIENTO DE LA CANTIDAD O PRESUPUESTO MÁXIMO. EN CASOS DE BIENES QUE SE FABRIQUEN EN FORMA EXCLUSIVA PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, LA CANTIDAD O PRESUPUESTO MÍNIMO QUE SE REQUIERA NO PODRÁ SER INFERIOR AL OCHENTA POR CIENTO DE LA CANTIDAD O PRESUPUESTO MÁXIMO QUE SE ESTABLEZCA. SE ENTENDERÁ POR BIENES DE FABRICACIÓN EXCLUSIVA, LOS QUE REQUIEREN UN PROCESO DE FABRICACIÓN ESPECIAL DETERMINADO POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. NO SE PODRÁN ESTABLECER PLAZOS DE ENTREGA EN LOS CUALES NO SEA FACTIBLE PRODUCIR LOS BIENES, Y II. SE HARÁ UNA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS CON SUS CORRESPONDIENTES PRECIOS UNITARIOS. "[...] SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES DE AL MENOS 5 DÍAS HÁBILES, LO ANTERIOR, PARA NO IRRUMPIR EL ARTICULO 68 FRACCION I, QUE DICE; NO SE PODRÁN ESTABLECER PLAZOS DE ENTREGA EN LOS CUALES NO SEA FACTIBLE PRODUCIR LOS BIENES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>EN EL CASO CONCRETO, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS, NO SON BIENES DE FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL INSTITUTO, YA QUE NO REQUIEREN UN PROCESO DE FABRICACIÓN ESPECIAL DETERMINADO POR EL IMSS, SINO QUE SE TRATA DE BIENES ESTANDARIZADOS EN EL MERCADO.</p> <p>EN ESA TESISURA, NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <p>SE CONSIDERA PRUDENTE RESALTAR LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), ANEXO TÉCNICO, (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, EN SU NUMERAL 6, QUE SEÑALA:</p> <p>"6.- LOS LICITANTES SE OBLIGAN A CONTAR EN TODO MOMENTO CON STOCK DE LOS INSUMOS MÉDICOS EN AL MENOS LA MITAD DEL MÍNIMO SOLICITADO."</p>



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Seraplo Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025
ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por la plataforma Compras MX las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **6 horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto.

Una vez vencido el referido plazo otorgado, se procederá a la reanudación de la presente Junta de Aclaraciones, y en caso de ser formuladas preguntas y respuestas dadas a los cuestionamientos, se darán a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas) recibidas, en el citado acto de reanudación, el cual en razón de la hora de la transmisión de la presente acta, se realizará a las 10:00 horas del día 10 de junio de 2025.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha la presente acta es difundida en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo **las 14:30 horas del día 09 de junio de 2025**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta.

Esta acta consta de **37 (treinta y siete)** fojas útiles.

-----FIN DE TEXTO-----

POR LOS LICITANTES:

SIN ASISTENCIA. (ELECTRÓNICA)



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-I-67-2025

ADQUISICIÓN DE CANULAS NASALES DE ALTO FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE JULIO DE 2025.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

ÁREA CONTRATANTE

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
LIC. HARRY IRIZAR LEYVA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	

ÁREA REQUIRIENTE Y TÉCNICA

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
I.B. MARIO ANDRÉS ALVARADO NAVA	COORDINADOR BIOMÉDICO DELEGACIONAL	
I.B. JOSÉ ANDRÉS GONZALEZ RÍOS	INGENIERO BIÓMEDICO E2	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
SIN ASISTENCIA.

----- FIN DEL ACTA -----



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán www.imss.gob.mx