



Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

<b>ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS</b>
<b>NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025</b>
<b>ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</b>

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **10:00 horas**, del **24 de junio de 2025**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto es presidido por el Lic. Harry Irizar Leyva, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 144 fracción XXIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, así como el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

Quien preside el acto, es asistido por el Representante del Área Requirente adscrito a la Coordinación Biomédica Delegacional en calidad de representante del Área Técnica, quien solventó las solicitudes de aclaración de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; y por los representantes del Área Contratante, los cuales responden las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

De conformidad con los artículos 35 antepenúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

#### DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la Plataforma Compras MX, por sí o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **10:00 horas del 23 de junio de 2025**.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de la Plataforma Compras MX de los siguientes licitantes:



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025	
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
1	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE	SI	10
2	GRUPO DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE MEXICO SERMED, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	SI	3
3	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	SI	19
4	MEDICAL RECOVERY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	SI	3
TOTAL			35

También se hace constar que: ADVANCED STERILIZATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ALEJANDRA GUADALUPE CARETTA HERNANDEZ, CAPRIVEK SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, GABRIEL DELGADO ALONSO, TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y VICTOR MANUEL MELO SERRANO, presentan escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

Posteriormente y con fundamento en el artículo 46, fracción II del Reglamento, en razón de la complejidad de las solicitudes de aclaración recibidas y dado que se están integrando las respuestas correspondientes, a solicitud del Área Requirente, quien preside el evento determinó realizar un receso y consecuentemente, se señala para su reanudación a las 10:00 horas del día 27 de junio de 2025, lo cual fue comunicado mediante aviso de suspensión, publicado en la Plataforma Compras MX.

#### RECESO

Siendo las 10:00 horas del día 27 de junio de 2025, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.

#### PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

La Convocante a solicitud del Área Requirente, realiza las siguientes aclaraciones generales a la convocatoria a la licitación:



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



<b>ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS</b>
<b>NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025</b>
<b>ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</b>

#### 1.- NUMERAL 12.1. PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

Dice:

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia a partir **del día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025.**

Debe decir:

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia a partir **del día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 30 de septiembre de 2025.**

#### 2.- ANEXO NÚMERO 1 BIS (UNO BIS), TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO a) VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL AL QUE CORRESPONDA.

Dice:

La vigencia del contrato para la ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN PARA EL EJERCICIO 2025, dividido en 6 partidas deberá ser a partir **del día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de julio de 2025**, incluyendo el año de garantía de los consumibles, en los términos de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

Debe decir:

La vigencia del contrato para la ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN PARA EL EJERCICIO 2025, dividido en 6 partidas deberá ser a partir **del día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 30 de septiembre de 2025**, incluyendo el año de garantía de los consumibles, en los términos de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025	
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	

3.- ANEXO NÚMERO 1 (UNO), ANEXO TÉCNICO, REQUERIMIENTO, PARTIDA 1.- Con relación a la clave 379 698 0070 00 00 que integra la partida número 1 como último renglón, se procede a desagruparla de la referida partida uno, para considerarla como una partida individual, la cual, por razón de orden se ubicará al final, identificándose con el número que prosiga en la secuencia, de acuerdo a lo siguiente:

LA PARTIDA 1 DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO, DICE:

PARTIDA	CLAVE SAI	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MIN	MAX	OBSERVACIONES	SE REQUIERE MUESTRA (SI, NO)
1	379 561 3763 00 00	APOSITO DE ESPUMA DE ALCOHOL POLIVINILO (PVA) DIMENSIONES 10 CM X 15 CM X 0.9CM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 66801788. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS / RENASYS GO/RENASYS TOUCH/ RENASYS EDGE.	CJA 10 PZA	2	3	SE SOLICITA AGUPAR ESTAS 8 CLAVES DE CONSUMIBLES, A FIN DE GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS CONSUMIBLES OFERTADOS CON LOS EQUIPOS EN COMODATO SOLICITADOS, ADEMÁS DE GARANTIZAR EL SURTIMIENTO COMPLETO Y CORRECTO DE DICHOS INSUMOS.  PARA ESTE AGRUPAMIENTO, EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS INSUMOS, 10 EQUIPOS PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA Y 4 EQUIPOS DE HIDRO-DISECCIÓN DE TEJIDOS SUAVESCOMPATIBLES CON LOS MISMOS.	SI
	379 274 0056 00 00	DEPOSITO DE 300 ML CON SOLIDIFICADOR. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DECATALOGO: 66801273. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CONPRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYSTOUCH.	CJA 5 PZA	3	6		
	379 274 0064 00 00	DEPOSITO DE 800 ML CON SOLIDIFICADOR. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DECATALOGO: 66801274. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CONPRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYSTOUCH.	CJA 5 PZA	10	25		
	379 561 1965 00 01	PAQUETE GRANDE. INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DEPOROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 25CM X 15CM X 3CM, UNPUERTO DE SUCCION SUAVECON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DEVENTANA PARA FIJACION, CON TRES PELICULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CONINDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION. CON ALTA TRANSMISION DE VAPORDE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800796. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CONPRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 /RENASYS GO 66800698.	PZA 1 PZA	20	50		
	379 328 0433 00 01	ESPONJA ABDOMINAL PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, QUE INCLUYE: DOS BLOQUES DEESPUMA DE POLIURETANO RETICULADO HIDROFOBICO CON DIMENSIONES DE 43 CM X 30 CM3 CM QUE INCORPORAN	PZA 1 PZA	6	15		





Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES							
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS							
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025							
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.							

PARTIDA	CLAVE SAI	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	MIN	MAX	OBSERVACIONES	SE REQUIERE MUESTRA (SI, NO)
		PERFORADA Y PRE-FORMADA PARA FACILITAR LA ADECUACION DELTAMAÑO, UNA CAPA PROTECTORA DE ORGANOS DE POLIURETANO CON MEDIDA DE 89 CM X 66CM QUE PROTEGE EL FUNCIONAMIENTO DE ORGANOS ABDOMINALES DE MANERA NORMAL, UNPUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION CONMEDIDA DE 69 CM DE LARGO Y CABEZAL DE 15 CM X 10 CM PARA MEJOR FIJACION, CONSEIS PELICULAS TRANSPARENTES DE 20 CM X 30 CM CON INDICADORES NUMERICOS PARASU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA PARA SER USADO CONSISTEMA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800980. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH Y NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS.					
	379 682 0383 00 00	PARCHE ADHESIVO PARA LA FIJACION DE TUBOS DE DRENAJE Y LA PRESENTACION DE UNSELLO ADHESIVO. DIMENSIONES 7 CM X 10 CM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 66801082. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS / RENASYS GO/ RENASYS TOUCH/ RENASYS EDGE.	CJA 10 PZA	3	6		
	379 561 1957 00 01	PAQUETE MEDIANO INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DEPOROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 20CM X 12.5CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCODE VENTANA PARA FIJACION, CON DOS PELICULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800795. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CONPRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698.	PZA 1 PZA	20	50		
	379 698 0070 00 00	PIEZA DE MANO DESECHABLE DE 14MM DE LONGITUD Y 45 GRADOS DE INCLINACION, ESTERIL, PARA DESBRIDAMIENTOS DE HERIDAS DE TEJIDOS BLANDOS Y LIMPIEZA DE CIRUGIA. CON MAYOR RAPIDEZ. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 66800044. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HIDRO-DISECCION DE TEJIDOS SUAVES, EQUIPO DE. CLAVE: 531.308.0011. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: VERSAJET 2 PLUS.	PZA 1 PZA	9	21		



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)





<b>ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>	
<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS</b>	
<b>NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025</b>	
<b>ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</b>	

EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ SIN COSTO PARA EL INSTITUTO A LAS UNIDADES MÉDICAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, LOS SIGUIENTES EQUIPOS EN COMODATO, MISMOS QUE SE DEVOLVERÁN AL PROVEEDOR EN CUANTO SE AGOTEN LAS EXISTENCIAS DE LOS CONSUMIBLES ADJUDICADOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LA TABLA QUE SE PLASMA A CONTINUACIÓN:

PARTIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMA REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO	CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS A PRÉSTAMO	EQUIPO A PRÉSTAMO. UNIDAD MÉDICA DE ENTREGA Y CANTIDAD
1	531.357.00.01 SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE USO HOSPITALARIO PARA LA APLICACIÓN DE PRESIÓN NEGATIVA EN HERIDAS CON EL FIN DE PROMOVER LA CICATRIZACIÓN, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE PRESIÓN SUB-ATMOSFÉRICA, CONTINUA E INTERMITENTE. CONSTA DE: BOMBA DE CONTROL ELECTRÓNICO PORTÁTIL, PANTALLA TÁCTIL QUE MUESTRE ESTADO Y VALORES DE OPERACIÓN, CONTROLES PARA AJUSTE DE VELOCIDAD DE INSTILACIÓN, PRESIÓN NEGATIVA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 50 Y 200 MM. HG; CONTROL DE MODO DE OPERACIÓN CONTINUO, INTERMITENTE, CON O SIN INSTILACIÓN, CONTROLES PROGRAMABLES DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, PARA LA BOMBA Y PARA EL INSTALADOR. 5 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES. BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 2 HORAS, COMPATIBLE CON RECIPIENTES COLECTORES, CUBIERTAS OCLUSIVAS DE DIVERSOS TAMAÑOS, COJINETES, TUBOS CON PINZAS OCLUSORAS, CONECTORES, TAPONES, ESPONJAS POROSAS.	LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO DEBERÁN SER NUEVOS O DE 3 AÑOS MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD. ESTO SE CONSTARÁ AL MOMENTO DE LA ENTREGA CON LA CARTA FACTURA DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO O CARTA DE FABRICANTE MENCIONANDO LA ANTIGÜEDAD DEL BIEN.  PLAZO DE ENTREGA: LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO DEBERÁN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA PRIMERA ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES ADJUDICADOS PARA ESTE EQUIPO. EL EQUIPO SE DEVOLVERÁ AL PROVEEDOR EN CUANTO SE AGOTEN LAS EXISTENCIAS DE LOS CONSUMIBLES ADJUDICADOS.  LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN DE LAS UNIDADES DE DESTINO.  LOS EQUIPOS AL SER A PRÉSTAMO, SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS, CORRERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR SIN GENERAR NINGÚN GASTO EXTRA AL INSTITUTO, TODO ESTO, DURANTE EL PERIODO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE EN POSESIÓN DEL INSTITUTO. EN CASO DE QUE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO TARDE MÁS DE 4 DÍAS NATURALES, DICHO EQUIPO DEBERÁ SER SUSTITUIDO POR UNO IGUAL AL OFERTADO A COMODATO, A FIN DE SEGUIR OCUPANDO LOS INSUMOS SOLICITADOS Y NO DETENER EL SERVICIO. PARA CORROBORAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO, LA PROVEEDURÍA DEBERÁ MOSTRAR CATÁLOGOS, FOLLETOS BIEN REFERENCIADOS CON LO SOLICITADO Y DEBERÁ PRESENTAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, SIEMPRE Y CUANDO SEA REQUERIDO POR LA COFEPRIS. CAPACITACIÓN: AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO EL PROVEEDOR DEBERÁ IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO SOBRE EL USO Y MANEJO CORRECTO DEL EQUIPO. DE IGUAL FORMA, EL PROVEEDOR DEBERÁ A COMPROMETERSE A ACLARAR DUDAS O BRINDAR MÁS CAPACITACIONES SIEMPRE Y CUANDO SEAN NECESARIAS, TODO ESTO, DURANTE LA VIGENCIA DE TIEMPO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DEL INSTITUTO.	531.357.00.01 HGR1 (6), HGR12 (4), HGSZ46 (1).
	531.308.00.11 EQUIPO DE HIDRO-DISECCIÓN DE TEJIDOS SUAVES		531.308.00.11 HGR1 (2), HGR12 (2).





Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES							
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS							
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025							
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.							

DEBE DECIR:

PARTIDA	CLAVE SAI	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	MIN	MAX	OBSERVACIONES	SE REQUIERE MUESTRA (SI, NO)
1	379 561 3763 00 00	APOSITO DE ESPUMA DE ALCOHOL POLIVINILO (PVA) DIMENSIONES 10 CM X 15 CM X 0.9CM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 66801788. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS / RENASYS GO/RENASYS TOUCH/ RENASYS EDGE.	CJA 10 PZA	2	3	SE SOLICITA AGUPAR ESTAS 7 CLAVES DE CONSUMIBLES, A FIN DE GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS CONSUMIBLES OFERTADOS CON LOS EQUIPOS EN COMODATO SOLICITADOS, ADEMÁS DE GARANTIZAR EL SURTIMIENTO COMPLETO Y CORRECTO DE DICHOS INSUMOS. PARA ESTE AGRUPAMIENTO, EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS INSUMOS, 10 EQUIPOS PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA.	SI
	379 274 0056 00 00	DEPOSITO DE 300 ML CON SOLIDIFICADOR. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DECATALOGO: 66801273. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CONPRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS TOUCH.	CJA 5 PZA	3	6		
	379 274 0064 00 00	DEPOSITO DE 800 ML CON SOLIDIFICADOR. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DECATALOGO: 66801274. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CONPRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS TOUCH.	CJA 5 PZA	10	25		
	379 561 1965 00 01	PAQUETE GRANDE INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DEPOROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 25CM X 15CM X 3CM, UNPUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DEVENTANA PARA FIJACION, CON TRES PELICULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM. CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800796. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CONPRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698.	PZA 1 PZA	20	50		
	379 328 0433 00 01	ESPONJA ABDOMINAL PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA QUE INCLUYE DOS BLOQUES DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADO HIDROFOBICO CON DIMENSIONES DE 43 CM X 30 CM X 3 CM QUE INCORPORAN PERFORADA Y PRE-FORMADA PARA FACILITAR LA ADECUACION DEL TAMAÑO, UNA CAPA PROTECTORA DE ORGANOS DE POLIURETANO CON MEDIDA DE 89 CM X 66CM QUE PROTEGE EL FUNCIONAMIENTO DE ORGANOS ABDOMINALES DE MANERA NORMAL, UNPUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION CON MEDIDA DE 69 CM DE LARGO Y	PZA 1 PZA	6	15		



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES							
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS							
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025							
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.							

PARTIDA	CLAVE SAI	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	MIN	MAX	OBSERVACIONES	SE REQUIERE MUESTRA (SI, NO)
		CABEZAL DE 15 CM X 10 CM PARA MEJOR FIJACION, CONSEIS PELICULAS TRANSPARENTES DE 20 CM X 30 CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA, PARA SER USADO CONSISTEMA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800980. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH Y NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS.					
	379 682 0383 00 00	PARCHE ADHESIVO PARA LA FIJACION DE TUBOS DE DRENAJE Y LA PRESENTACION DE UNSELLO ADHESIVO. DIMENSIONES 7 CM X 10 CM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 66801082. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS / RENASYS GO/ RENASYS TOUCH/ RENASYS EDGE.	CJA 10 PZA	3	6		
	379 561 1957 00 01	PAQUETE MEDIANO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 20CM X 12.5CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCODE VENTANA PARA FIJACION, CON DOS PELICULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMERICOS PARA SU FACIL APLICACION CON ALTA TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 66800795. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS COMPRESION NEGATIVA. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697 / RENASYS GO 66800698.	PZA 1 PZA	20	50		

EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ SIN COSTO PARA EL INSTITUTO A LAS UNIDADES MÉDICAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, LOS SIGUIENTES EQUIPOS EN COMODATO, MISMOS QUE SE DEVOLVERÁN AL PROVEEDOR EN CUANTO SE AGOTEN LAS EXISTENCIAS DE LOS CONSUMIBLES ADJUDICADOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LA TABLA QUE SE PLASMA A CONTINUACIÓN:

PARTIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMA REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO	CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS A PRÉSTAMO	EQUIPO A PRÉSTAMO. UNIDAD MÉDICA DE ENTREGA Y CANTIDAD
1	531.357.00.01 SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE USO HOSPITALARIO PARA LA APLICACIÓN DE PRESIÓN NEGATIVA EN HERIDAS CON EL FIN DE PROMOVER LA CICATRIZACIÓN.	LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO DEBERÁN SER NUEVOS O DE 3 AÑOS MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD. ESTO SE CONSTARÁ AL MOMENTO DE LA ENTREGA CON LA CARTA FACTURA DE ADQUISICIÓN DEL	531.357.00.01 HGR1 (6), HGR12 (4).



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)





**ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025**  
**ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

PARTIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMA REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO	CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS A PRÉSTAMO	EQUIPO A PRÉSTAMO. UNIDAD MÉDICA DE ENTREGA Y CANTIDAD
	MEDIANTE LA GENERACIÓN DE PRESIÓN SUB-ATMOSFÉRICA, CONTINUA E INTERMITENTE, CONSTA DE BOMBA DE CONTROL ELECTRÓNICO PORTÁTIL, PANTALLA TÁCTIL, QUE MUESTRE ESTADO Y VALORES DE OPERACIÓN, CONTROLES PARA AJUSTE DE VELOCIDAD DE INSTILACIÓN, PRESIÓN NEGATIVA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 50 Y 200 MM HG; CONTROL DE MODO DE OPERACIÓN CONTINUO, INTERMITENTE, CON O SIN INSTILACIÓN, CONTROLES PROGRAMABLES DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, PARA LA BOMBA Y PARA EL INSTALADOR, 5 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 2 HORAS, COMPATIBLE CON RECIPIENTES COLECTORES, CUBIERTAS OCLUSIVAS DE DIVERSOS TAMAÑOS, COJINETES, TUBOS CON PINZAS OCLUSORAS, CONECTORES, TAPONES, ESPONJAS POROSAS.	EQUIPO O CARTA DE FABRICANTE MENCIONANDO LA ANTIGÜEDAD DEL BIEN.  PLAZO DE ENTREGA: LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO DEBERÁN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA PRIMERA ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES ADJUDICADOS PARA ESTE EQUIPO. EL EQUIPO SE DEVOLVERÁ AL PROVEEDOR EN CUANTO SE AGOTEN LAS EXISTENCIAS DE LOS CONSUMIBLES ADJUDICADOS.  LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN DE LAS UNIDADES DE DESTINO.  LOS EQUIPOS AL SER A PRÉSTAMO, SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS, CORRERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR SIN GENERAR NINGÚN GASTO EXTRA AL INSTITUTO, TODO ESTO, DURANTE EL PERIODO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE EN POSESIÓN DEL INSTITUTO. EN CASO DE QUE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO TARDE MÁS DE 4 DÍAS NATURALES, DICHO EQUIPO DEBERÁ SER SUSTITUIDO POR UNO IGUAL AL OFERTADO A COMODATO, A FIN DE SEGUIR OCUPANDO LOS INSUMOS SOLICITADOS Y NO DETENER EL SERVICIO.  PARA CORROBORAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO, LA PROVEEDURÍA DEBERÁ MOSTRAR CATÁLOGOS, FOLLETOS BIEN REFERENCIADOS CON LO SOLICITADO Y DEBERÁ PRESENTAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, SIEMPRE Y CUANDO SEA REQUERIDO POR LA COFEPRIS.  CAPACITACIÓN: AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO, EL PROVEEDOR DEBERÁ IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO SOBRE EL USO Y MANEJO CORRECTO DEL EQUIPO. DE IGUAL FORMA, EL PROVEEDOR DEBERÁ A COMPROMETERSE A ACLARAR DUDAS O BRINDAR MÁS CAPACITACIONES SIEMPRE Y CUANDO SEAN NECESARIAS, TODO ESTO, DURANTE LA VIGENCIA DE TIEMPO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DEL INSTITUTO.	HGSZ46 (1).

4.- ANEXO NÚMERO 1 (UNO), ANEXO TÉCNICO, REQUERIMIENTO.- SE REUBICA LA CLAVE 379 698 0070 00 00 COMO ÚLTIMA PARTIDA, derivado de la extracción de dicha clave de la partida número 1, para considerarla como una partida individual, la cual, por razón de orden se ubicará al final del requerimiento, identificándose con el número que prosiga en la secuencia, quedando de la siguiente manera:





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES							
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS							
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025							
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.							

PARTIDA	CLAVE SAI	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	MIN	MAX	OBSERVACIONES	SE REQUIERE MUESTRA (SI, NO)
7	379 698 0070 00 00	PIEZA DE MANO DESECHABLE DE 14MM DE LONGITUD Y 45 GRADOS DE INCLINACIÓN, ESTÉRIL, PARA DESBRIDAMIENTOS DE HERIDAS DE TEJIDOS BLANDOS Y LIMPIEZA DE CIRUGÍA, CON MAYOR RAPIDEZ. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: 66800044. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HIDRO-DISECCIÓN DE TEJIDOS SUAVES, EQUIPO DE CLAVE: 531.308.0011. MARCA: SMITH & NEPHEW. MODELO: VERSAJET 2 PLUS.	PZA 1 PZA	9	21	PARA ESTA PARTIDA, EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS INSUMOS, 4 EQUIPOS DE HIDRO-DISECCIÓN DE TEJIDOS SUAVES COMPATIBLES CON LOS MISMOS.	SI

EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ SIN COSTO PARA EL INSTITUTO A LAS UNIDADES MÉDICAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, LOS SIGUIENTES EQUIPOS EN COMODATO, MISMOS QUE SE DEVOLVERÁN AL PROVEEDOR EN CUANTO SE AGOTEN LAS EXISTENCIAS DE LOS CONSUMIBLES ADJUDICADOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LA TABLA QUE SE PLASMA A CONTINUACIÓN:

PARTIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO	CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS A PRÉSTAMO	EQUIPO A PRÉSTAMO. UNIDAD MÉDICA DE ENTREGA Y CANTIDAD
7	531.308.0011 EQUIPO DE HIDRO-DISECCIÓN DE TEJIDOS SUAVES.	LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO DEBERÁN SER NUEVOS O DE 3 AÑOS MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD. ESTO SE CONSTARÁ AL MOMENTO DE LA ENTREGA CON LA CARTA FACTURA DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO O CARTA DE FABRICANTE MENCIONANDO LA ANTIGÜEDAD DEL BIEN. PLAZO DE ENTREGA: LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO DEBERÁN SER ENTREGADOS JUNTO CON LA PRIMERA ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES ADJUDICADOS PARA ESTE EQUIPO. EL EQUIPO SE DEVOLVERÁ AL PROVEEDOR EN CUANTO SE AGOTEN LAS EXISTENCIAS DE LOS CONSUMIBLES ADJUDICADOS. LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN DE LAS UNIDADES DE DESTINO. LOS EQUIPOS AL SER A PRÉSTAMO, SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS, CORRERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR SIN GENERAR NINGÚN GASTO EXTRA AL INSTITUTO. TODO ESTO, DURANTE EL PERÍODO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE EN POSESIÓN DEL INSTITUTO. EN CASO DE QUE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO TARDE MÁS DE 4 DÍAS NATURALES, DICHO EQUIPO DEBERÁ SER SUSTITUIDO POR UNO IGUAL AL OFERTADO A COMODATO, A FIN DE SEGUIR OCUPANDO LOS INSUMOS SOLICITADOS Y NO DETENER EL SERVICIO. PARA CORROBORAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO, LA PROVEEDURÍA DEBERÁ MOSTRAR CATÁLOGOS, FOLLETOS BIEN REFERENCIADOS CON LO SOLICITADO Y DEBERÁ PRESENTAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, SIEMPRE Y CUANDO SEA REQUERIDO POR LA COFEPRIS. CAPACITACIÓN: AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO, EL PROVEEDOR DEBERÁ IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO SOBRE EL USO Y MANEJO CORRECTO DEL EQUIPO. DE IGUAL FORMA, EL PROVEEDOR DEBERÁ A COMPROMETERSE A ACLARAR DUDAS O BRINDAR MÁS CAPACITACIONES SIEMPRE Y CUANDO SEAN NECESARIAS, TODO ESTO, DURANTE LA VIGENCIA DE TIEMPO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DEL INSTITUTO.	531.308.0011 HGR1 (2), HGR12 (2).





Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

<b>ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS</b>
<b>NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025</b>
<b>ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</b>

### CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como la respuesta otorgada por la convocante (por el Área Técnica las de carácter Técnico y por el Área Contratante, las preguntas de carácter administrativo), como se indica a continuación:

#### 1. PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

**LICITANTE: B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	CONVOCATORIA, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO REQ., PAG 40, PARTIDA 3	CON RESPECTO A LA DEMOSTRACION DE MUESTRAS, DE LA PARTIDA 3 SE ENTIENDE QUE SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE LA CLAVE 379.821.3611.00.01 QUE CORRESPONDE SOLO A LA SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? ¿O TAMBIEN SE DEBERA PRESENTAR LA DEL SET QUE SE SOLICITA POR CADA 15 SOLUCIONES?	SE DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL SET QUE SE SOLICITA POR CADA 15 SOLUCIONES, A FIN DE VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD QUE DEBEN PRESENTAR LOS CONSUMIBLES CON EL EQUIPO EN EL CUAL SERÁN UTILIZADOS, LO CUAL ES NECESARIO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSUMIBLES QUE SE OFERTEN, CON LOS MENCIONADOS EQUIPOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SET.
2	CONVOCATORIA, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO REQ., PAG 40, PARTIDA 3	DADO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA CLAVE 379.821.3611.00.01 ES PROPIA DE UNA MARCA (BAXTER), SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B) DESPUES DE LA MEZCLA	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA FAVORECER A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO, TODA VEZ QUE LA REFERENCIA QUE SE HACE A UNA MARCA EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIBLE ES MERAMENTE ILUSTRATIVA, AL SER ESTA LA DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS VIGENTE DEL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, PODER PRESENTAR LA SOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A SU PROPIA MARCA.



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Seraplo Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025	
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CADA 1000 ML CONTIENE: POTASIO 2MMOL/L, MAGNESIO 0.5 MMOL/L, SODIO 140 MMOL/L, CLORO 111 MMOL/L, BICARBONATO 35 MMOL/L, AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE, PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA MARCA B. BRAUN MODELO OMNI. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES?	
3	CONVOCATORIA, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO REQ., PAG 40, PARTIDA 3	DADO QUE EN LAS OBSERVACIONES DE ESTA CLAVE 379.821.3611.00.01 ESTAN SOLICITANDO LA DESCRIPCION PROPIA DE UNA MARCA (BAXTER), SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR EN CASO DE SER EL PROVEEDOR GANADOR SET DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO FORMADO POR UN HEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE HEPARINA LIGADA Y SUS LINEAS. ESTE FILTRO ESTA CONECATDO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), A UNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LINEA DE ENTRADA DE DIALIZADOR (BANDA COLOR VERDE) Y UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE (BANDA DE COLOR AMARILLO); TAMBIEN INCLUYE EL SET UNA LINEA DE POST-BOMBA DE SANGRE (BANDA DE COLOR MORADO) Y UNA LINEA PARA ANTICOAGULANTE (JERINGA). EL CUAL SEA CAPAZ DE CONECTAR UN ADSORBENTE O COLUMNA PARA HEMOPERFUSIÓN Y UNA BOLSA EFLUENTE DE 5 LITROS. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL SET INCLUYA TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS (SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO) PARA REALIZAR LA ADSORCIÓN Y HEMOPERFUSIÓN, QUE PERMITA LA DEPURACIÓN DE TOXINAS DE ASPECTO RENAL Y A SU VEZ PERMITA LA REMOCIÓN DE MOLÉCULAS INFLAMATORIAS Y ENDOTOXINAS Y ASÍ TAMBIÉN INCLUYA LA LÍNEA DE PREBOMBA DE SANGRE TODA VEZ QUE ES NECESARIO QUE EL FILTRO TENGA LA LÍNEA DE PBP, YA QUE DISMINUYE LA GENERACIÓN DE TROMBOS.
4	CONVOCATORIA, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO REQ., PAG 40, PARTIDA 3	PARTIDA 3, CLAVE 379.821.3611.00.01, BASANDONOS EN QUE LA DOSIS RENAL IDEAL ES DE 25-30 ML/KG/H, EL PESO PRMEDIO DE UN PACIENTE ES DE 60 KG Y LAS TERAPIAS OSCILAN EN PROMEDIO LAS 72 HORAS (POR LO QUE SE REQUIERE UN MINIMO DE 20 SOLUCIONES POR CADA TRATAMIENTO), SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR 1 SET POR CADA 20 SOLUCIONES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE AL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO.  SE REITERA QUE PARA LA CLAVE 379.821.3611.00.01, "EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ ENTREGAR POR CADA 15 SOLUCIONES, 1 SET..." TODA VEZ QUE ESTO REPRESENTA EL HISTÓRICO DE CONSUMO POR PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL OOAD YUCATÁN.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025	
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
5	CONVOCATORIA, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO REQ., PAG 41, PARTIDA 3	DADO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA CLAVE 379.821.3637.00.01 ES PROPIA DE UNA MARCA (BAXTER), SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B) DESPUES DE LA MEZCLA CADA 1000 ML CONTIENE: CALCIO 1.5 MMOL/L, MAGNESIO 0.5 MMOL/L, SODIO 140 MMOL/L, CLORO 109 MMOL/L, BICARBONATO 35 MMOL/L, AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE, PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA MARCA B. BRAUN MODELO OMNI. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA FAVORECER A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO, TODA VEZ QUE LA REFERENCIA QUE SE HACE A UNA MARCA EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIBLE ES MERAMENTE ILUSTRATIVA, AL SER ESTA LA DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS VIGENTE DEL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, PODER PRESENTAR LA SOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A SU PROPIA MARCA.
6	CONVOCATORIA, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO REQ., PAG 41, PARTIDA 3	DADO QUE EN LAS OBSERVACIONES DE ESTA CLAVE 379.821.3637.00.01 ESTAN SOLICITANDO LA DESCRIPCION PROPIA DE UNA MARCA (BAXTER), SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR EN CASO DE SER EL PROVEEDOR GANADOR SET DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO FORMADO POR UN HEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE HEPARINA LIGADA Y SUS LINEAS . ESTE FILTRO ESTA CONECATDO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), A UNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LINEA DE ENTRADA DE DIALIZADOR (BANDA COLOR VERDE) Y UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE (BANDA DE	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL SET INCLUYA TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS (SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO) PARA REALIZAR LA ADSORCIÓN Y HEMOPERFUSIÓN, QUE PERMITA LA DEPURACIÓN DE TOXINAS DE ASPECTO RENAL Y A SU VEZ PERMITA LA REMOCIÓN DE MOLÉCULAS INFLAMATORIAS Y ENDOTOXINAS Y ASÍ TAMBIÉN INCLUYA LA LÍNEA DE PREBOMBA DE SANGRE TODA VEZ QUE ES NECESARIO QUE EL FILTRO TENGA LA LÍNEA DE PBP, YA QUE DISMINUYE LA GENERACIÓN DE TROMBOS.







ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025	
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		COLOR AMARILLO); TAMBIEN INCLUYE EL SET UNA LINEA DE POST-BOMBA DE SANGRE (BANDA DE COLOR MORADO) Y UNA LINEA PARA ANTICOAGULANTE (JERINGA). EL CUAL SEA CAPAZ DE CONECTAR UN ADSORBENTE O COLUMNA PARA HEMOPERFUSIÓN Y UNA BOLSA EFLUENTE DE 5 LITROS. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES?	
7	CONVOCATORIA, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO REQ., PAG 41, PARTIDA 3	PARTIDA 3, CLAVE 379.821.3637.00.01, BASANDONOS EN QUE LA DOSIS RENAL IDEAL ES DE 25-30 ML/KG/H, EL PESO PRMEDIO DE UN PACIENTE ES DE 60 KG Y LAS TERAPIAS OSCILAN EN PROMEDIO LAS 72 HORAS (POR LO QUE SE REQUIERE UN MINIMO DE 20 SOLUCIONES POR CADA TRATAMIENTO), SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR 1 SET POR CADA 20 SOLUCIONES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE AL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO.  SE REITERA QUE PARA LA CLAVE 379.821.3637.00.01 "EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ ENTREGAR POR CADA 15 SOLUCIONES, 1 SET DESECHABLE, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO..." TODA VEZ QUE ESTO REPRESENTA EL HISTÓRICO DE CONSUMO POR PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL OOAD YUCATÁN.
8	CONVOCATORIA, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO REQ., PAG 41, PARTIDA 3	CON RESPECTO A LA DEMOSTRACION DE MUESTRAS, DE LA PARTIDA 3 SE ENTIENDE QUE SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE LA CLAVE 379.821.3637.00.01 QUE CORRESPONDE SOLO A LA SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? ¿O TAMBIEN SE DEBERA PRESENTAR LA DEL SET QUE SE SOLICITA POR CADA 15 SOLUCIONES.?, FAVOR DE ACLARAR.	SE DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL SET QUE SE SOLICITA POR CADA 15 SOLUCIONES, A FIN DE VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD QUE DEBEN PRESENTAR LOS CONSUMIBLES CON EL EQUIPO EN EL CUAL SERÁN UTILIZADOS, LO CUAL ES NECESARIO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSUMIBLES QUE SE OFERTEN, CON LOS MENCIONADOS EQUIPOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SET.
9	CONVOCATORIA, CLAVES QUE REQUIEREN EQUIPOS COMODATO, PAG 54	TENIENDO EN CUENTA LA PROPORCIÓN RECOMENDADA INTERNACIONALMENTE DE 1 EQUIPO DE CRRT POR CADA 10 CAMAS (GUÍAS DE PRACTICA CLINICA DE TRRC) EN LAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, ASI COMO LA SOLICITUD DE EQUIPOS EN COMODATO, LOS CONSUMIBLES MÁXIMOS SOLICITADOS EN LA PARTIDA 3 Y EL NÚMERO DE CAMAS DISPONIBLES EN CADA UNIDAD, SOLICITO NOS PERMITAN OFERTAR 2 EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HGR1, CUYA TERAPIA INTENSIVA CUENTA CON 12 CAMAS, Y 1 EQUIPO EN COMODATO PARA EL HGR12, QUE DISPONE DE 8 CAMAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE LA CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS, RESPONDE AL HISTORIAL DE DEMANDA DE USO POR PACIENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL OOAD YUCATÁN.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025	
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
10	CONVOCATORIA, ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO REQ., PUNTO 5., PAG 58	COMO LO MENCIONA LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS LICITANTES HARÁN ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS PARTIDAS (EL DÍA HÁBIL PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS DE LAS PARTIDAS A PARTICIPAR DESDE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ESTO CON EL FIN DE TENER VARIOS DÍAS PARA PRESENTAR ESTAS MUESTRAS Y SE PUEDA ATENDER A LOS DIVERSOS PROVEEDORES INTERESADOS.	NO ES FACTIBLE ACCEDER A SU PROPUESTA, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN, POR LO QUE DEBERÁ DE REALIZAR LA ENTREGA DE MUESTRAS EN LOS HORARIOS Y FECHA ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.

## 2. PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

LICITANTE: GRUPO DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE MEXICO SERMED, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	ANEXO 1 LOTE 1 531.357.0011	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR UN EQUIPO QUE CUMPLE DE FORMA INTEGRAL Y DEMOSTRABLE CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL EQUIPO SOLICITADO EN LA PARTIDA 1 PRESIÓN NEGATIVA REGULABLE EN EL RANGO DE 50 A 200 MMHG, PANTALLA TÁCTIL QUE MUESTRE VALORES DE OPERACIÓN EN TIEMPO REAL. MODOS DE OPERACIÓN CONTINUO, INTERMITENTE, Y CON O SIN INSTILACIÓN. CONTROLES PROGRAMABLES TANTO PARA LA BOMBA COMO PARA LA INSTILACIÓN. MÍNIMO CINCO ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES. BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA MAYOR A 2 HORAS. COMPATIBILIDAD CON CONSUMIBLES ORIGINALES DEL MISMO FABRICANTE DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA. LO ANTERIOR PARA ASEGURAR AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD, Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE NINGÚN LICITANTE, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO, EN ESTE SENTIDO DE IDEAS SE ACEPTA PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE UN EQUIPO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS PARA EL EQUIPO EN COMODATO SOLICITADO EN LA PARTIDA 1, LO CUAL SERÁ VERIFICADO DURANTE LA EVALUACIÓN TÉCNICA QUE REALICE ESTA CONVOCANTE.





ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NUMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025	
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		PERTINENTES, YA QUE COMO INDICA LOS ARTÍCULOS 35 DE LA LAASSP, QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁN ESTABLECERSE LOS MISMOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES A FIN DE DIRECCIONAR A UNA SOLA MARCA O FAVORECER A UN PROVEEDOR, Y ARTÍCULO 40 FRACCIÓN V, LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA. SE ENTENDERÁ QUE NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CUANDO CON LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE CONSTATE POR REGLA GENERAL LA EXISTENCIA DE AL MENOS CINCO PROBABLES PROVEEDORES QUE PUDIERAN CUMPLIR INTEGRALMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD; SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
2	ANEXO 1 LOTE 1	SE ADVIERTE QUE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA PARTIDA 1 UTILIZAN CLAVES IMSS PROPIAS DE LOS INSUMOS DE LA TECNOLOGÍA VAC, PERO ESTÁN SIENDO ASIGNADAS A MATERIALES QUE CORRESPONDEN A OTRO SISTEMA (RENASYS). ESTO CONSTITUYE UNA USURPACIÓN DE CODIFICACIÓN QUE PUEDE GENERAR CONFUSIÓN, FALSA EQUIVALENCIA Y AFECTAR LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO. SOLICITAMOS QUE LA CONVOCANTE REVISE LA CONGRUENCIA ENTRE LAS CLAVES SOLICITADAS Y LOS PRODUCTOS REALMENTE COMPATIBLES, PARA EVITAR FAVORECER A UNA MARCA ESPECÍFICA Y PERMITIR LA VERDADERA COMPETENCIA ENTRE OPCIONES TECNOLÓGICAMENTE VÁLIDAS. LO ANTERIOR PARA ASEGURAR AL INSTITUTO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD, Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, YA QUE COMO INDICA LOS ARTÍCULOS 35 DE LA LAASSP, QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁN ESTABLECERSE LOS MISMOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES A FIN DE DIRECCIONAR A UNA SOLA MARCA O FAVORECER A UN PROVEEDOR, Y ARTÍCULO 40 FRACCIÓN V, LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA. SE ENTENDERÁ	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE NINGÚN LICITANTE, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO, EN ESTE SENTIDO DE IDEAS SE REALIZA LA PERTINENTE ACLARACIÓN DE QUE TODAS LAS CLAVES INCLUIDAS EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS VIGENTE DEL INSTITUTO, POR LO CUAL EN NINGÚN MOMENTO SE PRETENDE GENERAR CONFUSIÓN O FALSA EQUIVALENCIA, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SON LAS DEL CATÁLOGO INSTITUCIONAL Y CUBREN LAS NECESIDADES CLÍNICAS Y TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES.





Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025	
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		QUE NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CUANDO CON LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE CONSTATE POR REGLA GENERAL LA EXISTENCIA DE AL MENOS CINCO PROBABLES PROVEEDORES QUE PUDIERAN CUMPLIR INTEGRALMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	POR LO ANTES MENCIONADO SE REITERA QUE DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA, "LOS LICITANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE EstrictAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA CONVOCATORIA, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO"
3	ANEXO 1 LOTE 1 379 698 0070 00 00	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA EXCLUSIÓN DE LA CLAVE 379 698 0070 00 00 DENTRO DE LA PARTIDA 1, YA QUE DICHO INSUMO —PIEZA DE MANO DESECHABLE PARA DESBRIDAMIENTO (VERSAJET)— NO CORRESPONDE FUNCIONAL NI CLÍNICAMENTE A LOS CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA; Y SU INCLUSIÓN EN ESTA PARTIDA DISTORSIONA EL CRITERIO TÉCNICO Y LA LIBRE COMPETENCIA DE ESTA PARTIDA. LO ANTERIOR SE FUNDAMENTA EN LOS ARTÍCULOS 35 Y 40 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ATENDIENDO A LA LIBRE COMPETENCIA Y A FIN DE OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO, SE CONSIDERA PRUDENTE DESCONSOLIDAR LA CLAVE 379 698 0070 00 00 DE LA PARTIDA 1, POR LO QUE SE REALIZAN LAS PRECISIONES A LA CONVOCATORIA, EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE.

### 3. PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

LICITANTE: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	NUMERAL 5	NUMERAL 5 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO OBSERVAR LOS FORMATOS ESTABLECIDOS, SI SE PROPORCIONA DE MANERA CLARA TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025**  
**ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		PRONUNCIARSE AL RESPECTO	
2	NUMERAL INCISO I)	6, NUMERAL 6, INCISO I) OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
3	NUMERAL INCISO P)	6, NUMERAL 6, INCISO P) DICE: A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN VIII DE LA LAASSP Y 88 FRACCIÓN III DE SU REGLAMENTO, LOS LICITANTES PRESENTARÁN EN LA OFICINA DE CONTRATOS, SITA EN EL DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN CALLE 44 NÚMERO 999 POR 127 Y 127 B COLONIA SERAPIO RENDÓN, C.P. 97285 DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN. (PLANTA ALTA), EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA 24 HORAS ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COPIA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL, EL NO PRESENTARLOS NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. CONSIDERANDO QUE EL NUMERAL EN CUESTIÓN INDICA QUE LA NO PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DEL ESTADO, PRESENTAR LA COPIA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL EN FORMATO DIGITAL A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN VIRTUD DE QUE MI REPRESENTADA TIENE SU DOMICILIO FUERA DEL ESTADO Y TRASLADAR FÍSICAMENTE ESTOS DOCUMENTOS SENSIBLES PODRÍA IMPLICAR UN RIESGO DE EXTRAVÍO O DAÑO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	SE ACEPTA SU PROPUESTA.







**ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025**  
**ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
4	NUMERAL 6.2, FRACCIÓN VII.	<p>NUMERAL 6.2, FRACCIÓN VII</p> <p>DICE: COPIA SIMPLE DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE REPARTO (MÍNIMO 2 UNIDADES DE MODELO NO MAYOR A 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD), LOS CUALES DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE (PERSONA FÍSICA, PERSONA MORAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA, Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO).</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE CONFIRME SI ES VÁLIDO PRESENTAR UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE COMO COMPROBANTE DE DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE REPARTO REQUERIDOS, EN CASO DE QUE ÉSTOS NO SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL LICITANTE.</p> <p>LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL PRINCIPIO DE MÁXIMA CONCURRENCIA Y CONSIDERANDO QUE EN EL MISMO NUMERAL SE CONTEMPLA EXPRESAMENTE COMO OPCIÓN EL USO DE VEHÍCULOS ARRENDADOS. ASIMISMO, SE SOLICITA SE ACLARE SI DICHO CONTRATO PUEDE PRESENTARSE ACOMPAÑADO DE LA COPIA SIMPLE DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN A NOMBRE DEL ARRENDADOR, COMO EVIDENCIA COMPLEMENTARIA, FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO</p>	<p>ES CORRECTO, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.2, FRACCIÓN VII. LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PODRÁN PRESENTAR UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE COMO COMPROBANTE DE DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE REPARTO REQUERIDOS, EN CASO DE QUE ÉSTOS NO SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL LICITANTE ACOMPAÑADO DE LA COPIA SIMPLE DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN A NOMBRE DEL ARRENDADOR.</p> <p>ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA QUE CUBRA EL PLAZO DE CONTRATACIÓN DE ESTE EVENTO, Y QUE DEBERÁ DE ESTAR FIRMADO A NOMBRE DEL LICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O ACCIONISTA EN CASO DE SER PERSONA MORAL O POR LA PERSONA FÍSICA.</p>
5	ANEXO TÉCNICO, PUNTO 2	<p>ANEXO TÉCNICO, PUNTO 2</p> <p>DICE: DERIVADO DE LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO QUE TIENE COMO FINALIDAD QUE EL INSTITUTO GARANTICE SIEMPRE LA MEJOR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES, EVITANDO EN TODO MOMENTO LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIAS RESPIRATORIAS DERIVADO DE CARENCIA DE INSUMOS O CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y PLENO FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS, Y DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS ENTREGAS, LAS CUALES SE REALIZAN A CONTRA PEDIDO DE LA UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE, TENIENDO UN PLAZO DE ENTREGA DE 4 HORAS EN EL ÁREA CAPITALINA SE REQUIERE QUE EL PARTICIPANTE QUE RESULTE CON UNA ADJUDICACIÓN DEMUESTRE EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR AL FALLO QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS DENTRO DEL ESTADO DE</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p> <p>CABE RESALTAR QUE LA CONDICIÓN A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO) DE LA CONVOCATORIA, ES ÚNICAMENTE PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.</p> <p>A MAYOR ABUNDAMIENTO, DICHA CONDICIÓN CONSISTE EN DEMOSTRAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR AL FALLO QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS DENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN.</p>





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025**  
**ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		YUCATÁN, Y ASÍ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE CONFIRMAR SI ES VÁLIDO QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, LA INFRAESTRUCTURA PUEDA SER ARRENDADA O CONTRATADA DENTRO DEL PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, CONFORME SE INDICA EN EL DOCUMENTO. ASIMISMO, SE PIDE CONFIRMAR SI ES SUFICIENTE PRESENTAR UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL, ACOMPAÑADO DE COMPROBANTE DE DOMICILIO (AGUA, LUZ, ETC.) CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	LA COMPROBACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEBERÁ DE HACERSE A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE EL LICITANTE ADJUDICADO TIENE LA POSESIÓN LEGAL DEL DOMICILIO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN SUS INSTALACIONES EN EL ESTADO DE YUCATÁN, CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A ESCRITURAS DE PROPIEDAD, O BIEN CONTRATOS/FACTURAS DE ARRENDAMIENTO A NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL, Y/O ACCIONISTA EN CASO DE SER PERSONA MORAL O POR LA PERSONA FÍSICA.  ACOMPAÑADO DE COMPROBANTES DE SERVICIOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL, Y/O ACCIONISTA EN CASO DE SER PERSONA MORAL O POR LA PERSONA FÍSICA, O EN CASO DE SER ARRENDAMIENTO SE PODRÁ PRESENTAR A NOMBRE DEL PROPIETARIO, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN COINCIDA CON LA INDICADA EN EL CONTRATO/FACTURA DE ARRENDAMIENTO.  ESTA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DEBERÁ DE PRESENTARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE VALIDARLA.
6	ANEXO TÉCNICO, PUNTO 5	ANEXO TÉCNICO, PUNTO 5 DICE: LOS LICITANTES HARÁN ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS PARTIDAS (VERIFICAR EN REQUERIMIENTO LAS PARTIDAS PARA LAS QUE APLICA), EL DÍA HÁBIL PREVIO A LA PRESENTACIÓN	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE NINGÚN LICITANTE, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES





Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025**  
**ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DE PROPUESTAS, EN UN HORARIO DE 10 A 12 HRS., RECABANDO FIRMA AUTÓGRAFA DE RECIBIDO DE LA TOTALIDAD DE ESTAS, LAS CUALES SE RECIBIRÁN EN LA COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, UBICADA EN LA CALLE 34 NO. 439 POR 41 COL. INDUSTRIAL EX TERRENOS EL FÉNIX, MÉRIDA YUCATÁN, PARA SU EVALUACIÓN A FIN DE CORROBORAR LA CALIDAD Y LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS. PRESENTARÁ EN SU PROPUESTA EL ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS. FIRMADAS POR EL COORDINADOR DEL ÁREA. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA DE UNA PIEZA POR CADA PARTIDA QUE SE OFERTE Y/O NOS PERMITA PRESENTAR LA CAJA DEL BIEN CON UNA PIEZA REPRESENTATIVA DE CADA PARTIDA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO, EN ESTE SENTIDO DE IDEAS SE ACEPTA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA DE UNA PIEZA EN SU EMPAQUE ORIGINAL POR CADA CLAVE QUE INTEGRA LA PARTIDA ÚNICA A OFERTAR.
7	ANEXO TÉCNICO	DE LA PARTIDA 2, CLAVE SAI: 379.808.8195.00.00 ENTENDEMOS QUE AL SOLICITARSE UNA CLAVE ESPECÍFICA DEBE DE OFERTARSE UN SENSOR QUE DEBE DE CUMPLIR CABALMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, CORRESPONDIENTES A LA CLAVE SAI: 379.808.8195.00.00. PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD, FIABILIDAD Y PRECISIÓN DE LAS LECTURAS DE SPO2 Y RESULTADOS DEL PROTOCOLO DE TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL SI FUERA EL CASO, CON EL EQUIPO: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. MARCA: MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97. CON EL CUAL DEBE DE SER USADO, SEGÚN LA DESCRIPCIÓN EMITIDA Y AVALADA POR LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS BIENES REQUERIDOS EN LA PARTIDA 2 DEBEN DE SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO PROPIEDAD DEL IMSS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO ENTREGUE EN COMODATO.
8	ANEXO TÉCNICO	DE LA PARTIDA 2, CLAVE SAI: 379.808.8195.00.00 ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR UN CONSUMIBLE DEBERÁ DE INTEGRARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA EL REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL SENSOR PARA SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2) SOLICITADO, PARA ASEGURAR QUE CUENTAN CON LA AUTORIZACIÓN SANITARIA CORRESPONDIENTE DE FABRICACIÓN, ENVASADO E IMPORTACIÓN DE CADA UNO DE LOS BIENES OFERTADOS, QUE CUMPLAN CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y PROTEGER LA SALUD Y LA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 2, DEBERÁ DE APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 2.1 DE LAS BASES DE CONVOCATORIA, LA CUAL SE REFIERE AL RUBRO DE "CALIDAD", QUE MENCIONA LO SIGUIENTE:  PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES:



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025**  
**ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SEGURIDAD DE LOS PACIENTES GARANTIZANDO QUE LOS PRODUCTOS SEAN SEGUROS, EFICACES Y DE BUENA CALIDAD, AL SER DESTINADOS PARA USO HUMANO; ASÍ COMO VERIFICAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD. LO ANTERIOR COMO LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SALUD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	"COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA; ASÍ MISMO PODRÁ ENVIAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, A EFECTO DE QUE PUEDA ACREDITAR FEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO (EL NO PRESENTAR LOS PROYECTOS DE MARBETES NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO)."
9	ANEXO TÉCNICO	DE LA PARTIDA 2, CLAVE SAI: 526.080.2946.00.00 ENTENDEMOS QUE, AL SOLICITARSE UNA CLAVE ESPECÍFICA, DEBE DE OFERTARSE UN ACCESORIO QUE DEBE DE CUMPLIR CABALMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, CORRESPONDIENTES A LA CLAVE SAI: 526.080.2946.00.00, PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD, FIABILIDAD Y PRECISIÓN DE LAS LECTURAS DE SPO2 Y RESULTADOS DEL PROTOCOLO DE TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL SI FUERA EL CASO, CON EL EQUIPO: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. MARCA: MASIMO. MODELO: RAD 97, CON EL CUAL DEBE DE SER USADO, SEGÚN LA DESCRIPCIÓN EMITIDA Y AVALADA POR LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS BIENES REQUERIDOS EN LA PARTIDA 2 DEBEN DE SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO PROPIEDAD DEL IMSS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO ENTREGUE EN COMODATO.
10	ANEXO TÉCNICO	DE LA PARTIDA 2 DE ACUERDO CON LO QUE DICTA LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA SALUD: PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ES NECESARIO QUE CUENTEN CON CLAVE DEL CATÁLOGO SAI. DONDE DEBE DE ESTAR PREVIAMENTE INCLUIDO EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD QUE SON SELECCIONADOS POR SU EFICACIA Y SEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD BAJO CRITERIOS ESTABLECIDOS EN PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS. SE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LAS CLAVES REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL, Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA, "LOS LICITANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE





Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025	
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ENTIENDE QUE DEBEN DE OFERTARSE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA PODER SER ADQUIRIDAS POR EL INSTITUTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA CONVOCATORIA, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO"
11	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO PARTIDA 2. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). DE LA PARTIDA 2, DE LOS OXÍMETROS DE PULSO SOLICITADOS EN CALIDAD DE COMODATO, PARA LA DETECCIÓN PRENATAL DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CRÍTICAS A TRAVÉS DE SPO2, SE ENTIENDE DEBE DE CONTAR SOFTWARE DISEÑADO PARA REALIZAR TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL AVALADO POR LA AHA (ASOCIACIÓN AMERICANA DEL CORAZÓN), DERIVADO A QUE UN OXÍMETRO DE PULSO CONVENCIONAL NO PUEDE DETECTAR DIFERENCIA DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PREDUCTAL Y POSDUCTAL, CON CAMBIOS DECIMALES , QUE SON VALORES CRÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE UN PACIENTE CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
12	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO PARTIDA 2. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). DE LA PARTIDA 2, DE LOS EQUIPOS A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO, PARA LA DETECCIÓN PRENATAL DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CRÍTICAS A TRAVÉS DE SPO2, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR QUE EL EQUIPO A OFERTAR TENGA UNA BATERÍA INTERNA CON DURACIÓN DE AL MENOS 7 HORAS, LO ANTERIOR PERMITE QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE MOVIBLE MAYOR TIEMPO LO QUE PERMITE CUBRIR TODOS LOS TAMIZAJES CARDIACOS PROGRAMADOS. ¿SE ACEPTA?	DE CONTAR CON EQUIPO CON ESA CARACTERÍSTICA, PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO PARTIDA 2. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). DE LA PARTIDA 2, DE LOS EQUIPOS A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR RANGO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE DE 0 A 100%, LO ANTERIOR SATISFACE LO SOLICITADO	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



2025

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025	
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		POR LA CONVOCANTE Y NO AFECTA EN LA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE LA MEDICIÓN. ¿SE ACEPTA?	
14	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO PARTIDA 2. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). DE LA PARTIDA 2, DE LOS EQUIPOS A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR EL ALMACENAMIENTO DE DATOS Y TENDENCIAS SEA DE 96 HORAS, LO QUE PERMITE CONSERVAR POR MÁS TIEMPO LAS MEDICIONES DEL PACIENTE, ASÍ MISMO PERMITE LOS RESULTADOS Y MEDICIONES PUEDAN SER ANALIZADOS POR MAYOR TIEMPO DESPUÉS DE LA MEDICIÓN. ¿SE ACEPTA?	DE CONTAR CON EQUIPO CON ESA CARACTERÍSTICA, PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO PARTIDA 2. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). DE LA PARTIDA 2, DE LOS EQUIPOS A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO, PARA LA DETECCIÓN PRENATAL DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CRÍTICAS A TRAVÉS DE SPO2, SE ENTIENDE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE DE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE TOMAR CAPTURAS DE PANTALLA DEL RESULTADO DE TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL Y PUEDAN SER DESCARGADAS MEDIANTE USB, LO ANTERIOR PARA ANEXAR EL RESULTADO AL EXPEDIENTE CLÍNICO DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DE CONTAR CON EQUIPO CON ESA CARACTERÍSTICA, PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO PARTIDA 2. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). DE LA PARTIDA 2, ACORDE AL LINEAMIENTO TÉCNICO MÉDICO PARA LA REALIZACIÓN DEL TAMIZ NEONATAL CARDIACO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ANEXO NO. 1 EQUIPAMIENTO E INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TAMIZ NEONATAL CARDIACO, REFIERE COMO PARTE DE RECURSOS MATERIALES: "OXÍMETRO DE PULSO, SE DEBE DE ADAPTAR AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE Y BAJA PERFUSIÓN O SIMILAR CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE RESULTADOS Y SOFTWARE ESPECÍFICO PARA REALIZACIÓN DE TAMIZ NEONATAL CARDIACO". POR LO ANTERIOR, SE ENTIENDE QUE DEBE DE OFERTARSE TECNOLOGÍA QUE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN ESTE APARTADO DEL LINEAMIENTO TÉCNICO MÉDICO PARA LA REALIZACIÓN DEL TAMIZ NEONATAL	ES CORRECTO, LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEL EQUIPO EN COMODATO SE APEGAN AL LINEAMIENTO TÉCNICO MÉDICO PARA LA REALIZACIÓN DEL TAMIZ NEONATAL CARDÍACO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.





Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025**  
**ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CARDIACO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ¿ES CORRECTO?	
17	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO PARTIDA 2. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). DE LA PARTIDA 2, DE LOS EQUIPOS A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR LA TECNOLOGÍA A OFERTAR CUENTE CON INSTRUCCIONES ANIMADAS PARA OFRECER ORIENTACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL LUGAR CORRECTO DE COLOCACIÓN DEL SENSOR, LO QUE PERMITE MEJORAR LA CONSTANCIA Y EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO. ¿SE ACEPTA?	DE CONTAR CON EQUIPO CON ESA CARACTERÍSTICA, PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO PARTIDA 2. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). DE LA PARTIDA 2, DE LOS EQUIPOS A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON PESO MENOR A 1,36 KG, LO ANTERIOR NO INTERFIERE EN EL CORRECTO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS, ASÍ MISMO NO AFECTA EN LA MANIPULACIÓN DEL EQUIPO Y FÁCIL TRASLADO DEL MISMO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD MÉDICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
19	ANEXO TÉCNICO	DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS A PRÉSTAMO PARTIDA 2. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). DE LA PARTIDA 2, DE LOS EQUIPOS A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN COMODATO QUE CUMPLAN COMO MÍNIMO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, NUEVOS O DE 5 AÑOS MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD, SIEMPRE Y CUANDO EL PROVEEDOR GARANTICE EL CORRECTO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CORRESPONDIENTES, Y EN CASO DE ALGUNA FALLA DEL EQUIPO SE COMPROMETA A REALIZAR EL CANJE POR EQUIPOS 100% FUNCIONALES ACORDE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS. ¿SE ACEPTA?	EN ARA DEL PRINCIPIO DE LA LIBRE COMPETENCIA Y MÁXIMA CONCURRENCIA, SE ACEPTA QUE SE PROPONGAN EQUIPOS EN COMODATO QUE CUMPLAN COMO MÍNIMO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA, NUEVOS O DE MÁXIMO 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, SIEMPRE QUE, AL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA, LOS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD, Y SE EFECTÚEN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CORRESPONDIENTES, TODO ELLO CONFORME A LAS ESTIPULACIONES Y



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES			
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS			
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025			
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA, Y EN CASO DE ALGUNA FALLA DEL EQUIPO SE COMPROMETA A REALIZAR EL CANJE POR EQUIPOS 100% FUNCIONALES ACORDE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS.

**4. PREGUNTAS EFECTUADAS POR:**

**LICITANTE: MEDICAL RECOVERY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	ANEXO TECNICO REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, REFERENTE A LA LICITACION LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025 PARTIDA 1 NOS ACLARE SI BASADO EN LAS NECESIDADES DEL AREA MEDICA Y PARA LA INSTITUCIÓN, ENTENDEMOS QUE EN ESTA PARTIDA ¿SE DEBERA COTIZAR LAS 8 CLAVES QUE LA CONFORMAN?	SE DEBE COTIZAR TODAS LAS CLAVES QUE CONFORMAN CADA PARTIDA, SIN EMBARGO, PARA EL CASO CONCRETO DE LA PARTIDA 1, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, EN LAS CUALES SE DESCONSOLIDÓ UNA CLAVE LA CUAL PASA A SER UNA PARTIDA INDIVIDUAL.
2	ANEXO TECNICO REQUERIMIENTO	REFERENTE A LA LICITACION LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025 PARTIDA 1, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS EQUIPOS DE PRESION NEGATIVA, QUE SERAN ENTREGADOS SIN COSTO PARA LAS UNIDADES DE SALUD DEBERAN SER COMPATIBLES CON EL 100% DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS POR ESTA CONVOCANTE?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODOS LOS CONSUMIBLES OFERTADOS DEBEN DE SER COMPATIBLES EN SU TOTALIDAD CON LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN EN COMODATO POR EL LICITANTE INTERESADO. ESTA SITUACIÓN SERÁ VERIFICADA DURANTE LA EVALUACIÓN TÉCNICA QUE REALIZA ESTA CONVOCANTE.
3	ANEXO TECNICO REQUERIMIENTO	REFERENTE A LA LICITACION LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025 PARTIDA 1, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DERIVADO DE LAS NECESIDADES DEL AREA MEDICA Y EL AHORRO PARA LA INSTITUCIÓN, SE SOLICITA INCLUIR LA CLAVE 379 698 0070 00 00 PARA DESBRIDAMIENTO DE HERIDAS Y LIMPIEZA DE CIRUGIA, ¿PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRESION NEGATIVA?	PARA EL CASO CONCRETO DE LA PARTIDA 1, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, EN LAS CUALES SE DESCONSOLIDÓ LA CLAVE 379 698 0070 00 00, LA CUAL PASA A SER UNA PARTIDA INDIVIDUAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por la plataforma Compras MX las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los





Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

<b>ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS</b>
<b>NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025</b>
<b>ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</b>

licitantes que se otorga un plazo de **6 horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto.

Una vez vencido el referido plazo otorgado, se procederá a la reanudación de la presente Junta de Aclaraciones, y en caso de ser formuladas preguntas y respuestas dadas a los cuestionamientos, se darán a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas) recibidas, en el citado acto de reanudación, el cual en razón de la hora de la transmisión de la presente acta, se realizará a las 09:00 horas del día 30 de junio de 2025.

#### **CIERRE DEL ACTA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha la presente acta es difundida en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo **las 11:00 horas del día 27 de junio de 2025**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta.

Esta acta consta de **28 (veintiocho)** fojas útiles.

-----FIN DE TEXTO-----

#### **POR LOS LICITANTES:**

SIN ASISTENCIA. (ELECTRÓNICA)

#### **POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:**

#### **AREA CONTRATANTE**



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE INICIO DE JUNTA DE ACLARACIONES		
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS		
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-72-2025		
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
LIC. HARRY IRIZAR LEYVA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. CLAUDIA IVETTE ROSADO BASULTO	LIDER DE PROYECTO	

#### ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
I.B. MARIO ANDRÉS ALVARADO NAVA	COORDINADOR DELEGACIONAL BIOMÉDICO	
I.B. JOSÉ ANDRÉS GONZALEZ RÍOS	INGENIERO BIÓMEDICO E2	

#### POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

SIN ASISTENCIA.

----- FIN DEL ACTA -----



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)