ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-78-2026
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN, CONSISTENTES EN EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (SIMULADORES) PARA EL CENTRO DE SIMULACIÓN PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, EJERCICIO 2026.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **09:00 horas**, del día **11 de septiembre de 2026** en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44, número 999, por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a término la Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, **iniciada el día 04 de septiembre del año en curso a las 10:00 horas**, de acuerdo a lo previsto en los **artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público** (en adelante la Ley), **90 y 91 del Reglamento de la Ley** (en adelante el Reglamento) y en el numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el Lic. Ricardo Ramon Roche Bautista, en Representación de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, servidor público designado por la convocante Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al Oficio número 338001150900/JSA-190 de fecha 2 de Marzo de 2021, emitido de conformidad con el numeral 5.3.8 primer párrafo inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual se adjunta a la presente acta.

Quien preside el acto, es asistido por el Representante del Área Requirente adscrito a la Coordinación de Planeación y Enlace Institucional, quien solventó las solicitudes de aclaración de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2 fracción III y 91 fracción III del Reglamento; y por los representantes del Área Contratante, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

De conformidad con los **artículos 35 décimo párrafo de la Ley** y **90 de su Reglamento**, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Quien preside el acto, comunicó que de conformidad con el **artículo 91, fracción I del Reglamento**, en el Acto de Inicio de la Junta de Aclaraciones que se concluyó a las **11:30** horas del día **10 de septiembre de 2026**, se informó a los licitantes que se otorgaban al menos 6 horas para la recepción de preguntas a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración y que dicho plazo transcurrió de forma natural desde las **18:19 horas**, hasta las **09:00 horas** del día **11 de septiembre de 2026**, según se señaló en la **Plataforma Compras MX** como fecha y hora límite para el envío de repreguntas.

En dicha acta de inicio se estipuló que, una vez vencido el referido plazo otorgado, se procedería a la reanudación de la presente Junta de Aclaraciones, y en caso de ser formuladas preguntas a las respuestas dadas a los cuestionamientos, se darían a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas) que en su caso se recibieren, en el citado acto de reanudación, el cual en razón de la hora de la transmisión de la referida acta de

ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-78-2026
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN, CONSISTENTES EN EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (SIMULADORES) PARA EL CENTRO DE SIMULACIÓN PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, EJERCICIO 2026.

inicio, **se realizaría a las 09:00 horas del día 11 de septiembre de 2026**, lo que se lleva a cabo en la presente actuación.

DESARROLLO DEL ACTO

Vencido el plazo referido anteriormente, se verificó en la **Plataforma Compras MX** si existen preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, señalando que se recibieron preguntas (repreguntas), con relación a las respuestas remitidas, por parte del siguiente licitante:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS
1	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	3

Asimismo, se señala que también se recibieron preguntas (repreguntas) por parte de la persona moral "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.", sin embargo, no se les dará respuesta, en virtud de que el escrito de interés fue registrado en la Plataforma Compras MX a las 21:06 horas del día 10 de septiembre de 2026, es decir con posterioridad al inicio de la presente Junta de Aclaraciones, por lo que no se encuentra en el supuesto establecido en el quinto párrafo del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dado que dicha persona moral no presentó escrito de interés en participar dentro del plazo de veinticuatro horas antes de la fecha y hora de la Junta de Aclaraciones o al inicio de la referida Junta de aclaraciones, lo cual se realizó a las 10:00 horas del día 04 de septiembre de 2026.

Inmediatamente se procedió al análisis de las preguntas adicionales, a fin de proporcionar las respuestas, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

No.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA DE REFERENCIA (ACLARACIÓN ORIGINAL)	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
1	PREGUNTA NO. 6 DEL LICITANTE CYBER ROBOTIC SOLUTIONS S.A. DE C.V.	CÉDULAS TECNICAS, PARTIDA 2. RESPECTO AL NUMERAL 4.3 "CHAMARRA", SE SOLICITA A AMABLEMETE A LA	SE ACLARA QUE EL TÉRMINO "CHAMARRA" SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.3	TOMANDO EN CUENTA LA RESPUESTA DADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA	SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE PERMITIRÁ OFERTAR UNA PIEL DE PECHO COMO EQUIVALENTE

ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-78-2026

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN, CONSISTENTES EN EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (SIMULADORES) PARA EL CENTRO DE SIMULACIÓN PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, EJERCICIO 2026.

No.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA DE REFERENCIA (ACLARACIÓN ORIGINAL)	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
		CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERE ESPECÍFICAMENTE CON DICHO CONCEPTO, A FIN DE PRESENTAR UNA PROPUESTA QUE ATIENDA CORRECTAMENTE A LO SOLICITADO.	CORRESPONDE A LA PRENDA DE PROTECCIÓN Y ABRIGO QUE DEBERÁ INCLUIRSE COMO PARTE DE LOS ACCESORIOS Y/O INSUMOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA TÉCNICA. LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR SU SUMINISTRO DE ACUERDO CON LA CONFIGURACIÓN OFERTADA Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS.EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA ENTRE LA TERMINOLOGÍA EMPLEADA POR EL FABRICANTE Y LA INDICADA EN LA CÉDULA, SE ACEPTARÁ EL EQUIVALENTE FUNCIONAL QUE CUMPLA CON LA FINALIDAD REQUERIDA POR LA CONVOCANTE.	DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO CORRESPONDIENTE A "PRENDA DE PROTECCIÓN Y ABRIGO (CHAMARRA) QUE DEBERÁ INCLUIRSE COMO PARTE DE LOS ACCESORIOS", SEA ACEPTABLE OFERTAR UNA PIEL DE PECHO COMO EQUIVALENTE, TODA VEZ QUE ÉSTA ES UN ACCESORIO ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA EL SIMULADOR, QUE PERMITE PROTEGER Y CONSERVAR LA SUPERFICIE DEL TORSO DURANTE SU USO, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD, CARACTERÍSTICAS NI FINALIDAD DE CAPACITACIÓN DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	FUNCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL PROPÓSITO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO SIN ALTERAR EL DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS DE SIMULACIÓN CLÍNICAS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	PREGUNTA NO. 8	ANEXO TÉCNICO	SE ACEPTA EL AJUSTE	TOMANDO EN CUENTA LA	NO SE ACEPTA. LAS

ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-78-2026

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN, CONSISTENTES EN EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (SIMULADORES) PARA EL CENTRO DE SIMULACIÓN PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, EJERCICIO 2026.

No.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA DE REFERENCIA (ACLARACIÓN ORIGINAL)	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
	DEL LICITANTE TAQ SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	PARTIDA 14: EN RELACIÓN CON EL REQUISITO "TAMAÑO 89 X30 X 15 CM, ENTENDEMOS QUE LA FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO ES CONTAR CON UN SIMULADOR QUE REPRESENTE DE MANERA REALISTA A UN BRAZO ADULTO FEMENINO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLÍNICAS CORRESPONDIENTES. EN ESTE SENTIDO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SIMULADOR CON DIMENSIONES DE 59 CM LARGO X 9CM ANCHO X 9 CM ALTO Y PESO DE 2 KG , SIEMPRE QUE CUMPLA CON LAS FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LA SIMULACIÓN CLÍNICA DE INYECCIÓN Y PUNCIÓN INTRAVENOSA. ¿SE ACEPTA?	DE DIMENSIONES Y PESO (59X9X9 CM Y 2KG), AL CONSERVAR EL REALISMO ANATÓMICO EXIGIDO PARA PUNCIONES INTRAVENOSAS	RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE EN RELACIÓN CON LA PARTIDA 14, EN LA CUAL SE ACEPTA EL AJUSTE DE LAS DIMENSIONES Y PESO DEL SIMULADOR, ENTENDEMOS QUE LA FINALIDAD ES PRIVILEGIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS CLÍNICAS SOLICITADAS, MÁS QUE LAS DIMENSIONES FÍSICAS ESPECÍFICAS DEL MODELO. EN ESTE SENTIDO, PARA EL REQUISITO "BRAZO DE INYECCIÓN Y PUNCIÓN INTRAVENOSA AVANZADA", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTABLE OFERTAR UN BRAZO DE ADULTO PARA INYECCIÓN Y PUNCIÓN INTRAVENOSA AVANZADA, CON UN PESO DE 5.44 KG Y UN LARGO DE 48.26 CM, CONSIDERANDO QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS PERMITE DESARROLLAR LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS CLÍNICAS REQUERIDAS PARA LA PRÁCTICA DE INYECCIONES Y PUNCIONES INTRAVENOSAS. ASIMISMO, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN MODELO DE BRAZO DE ADULTO SIN QUE SE LIMITE	DIMENSIONES PROPUESTAS NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LA CÉDULA TÉCNICA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE ACREDITA EL NIVEL DE REPRESENTACIÓN ANATÓMICA REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLÍNICAS SOLICITADAS. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE.

ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-78-2026

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN, CONSISTENTES EN EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (SIMULADORES) PARA EL CENTRO DE SIMULACIÓN PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, EJERCICIO 2026.

No.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA DE REFERENCIA (ACLARACIÓN ORIGINAL)	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
				A CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS FEMENINAS, TODA VEZ QUE DICHA CARACTERÍSTICA NO ES INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLÍNICAS RELACIONADAS CON LA INYECCIÓN Y PUNCIÓN INTRAVENOSA AVANZADA. ¿SE ACEPTA?	
3	PREGUNTA NO. 3 DEL LICITANTE ARAMED Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	PARTIDA 8 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EN LA PARTIDA 8 "MODELO SIMULADOR GINECOLÓGICO PELVIS" UN SIMULADOR QUE INCLUYA ÚTERO DE EMBARAZO PRECOZ. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, ENTENDIÉNDOSE QUE ESTO REPRESENTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR O COMPLEMENTARIA QUE NO LIMITA LAS FUNCIONES MÍNIMAS SOLICITADAS ORIGINALMENTE.	TOMANDO EN CUENTA LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE, EN LA CUAL SE ACEPTA OFERTAR UN MODELO QUE INCLUYA UN ÚTERO DE EMBARAZO PRECOZ, AL CONSIDERAR QUE ESTO REPRESENTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR O COMPLEMENTARIA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA LOS NUMERALES 2.1.6.2 HERPES, 2.1.6.3 OVARIOS POLIQUÍSTICOS Y 2.1.7 PROLAPSO DE ÓRGANOS PELVICOS, DE LA PARTIDA 8, SE NOS PERMITA OFERTAR PATOLOGÍAS PROPIAS DEL FABRICANTE TALES COMO ÚTERO CON SALPINGITIS AGUDA DERECHA, ÚTERO CON ANTEVERSIÓN-ANTEFLEXIÓN MARCADA, ÚTERO CON SALPINGITIS (HIDROSÁLPINX) IZQUIERDA, ETC. COMO CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, CONSIDERANDO QUE ÉSTAS	SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE CONSIDERARÁN COMO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES O COMPLEMENTARIAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE ENRIQUECEN EL ABANICO DE EVALUACIÓN CLÍNICA, SIEMPRE QUE EL EQUIPO CUMPLA IRRESTRICTAMENTE CON LAS PATOLOGÍAS Y FUNCIONES MÍNIMAS REQUERIDAS ORIGINALMENTE. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LO ANTERIOR SE ACEPTA COMO UNA CARACTERÍSTICA ADICIONAL DEL EQUIPO OFERTADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-78-2026
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN, CONSISTENTES EN EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (SIMULADORES) PARA EL CENTRO DE SIMULACIÓN PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, EJERCICIO 2026.

No.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA DE REFERENCIA (ACLARACIÓN ORIGINAL)	RESPUESTA	REPREGUNTA	RESPUESTA
				PERMITEN AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN CLÍNICA DEL SIMULADOR, ¿SE ACEPTA?	

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 43 de la Ley**, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Se comunica que la fecha para la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día **21 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas**, con lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo del **artículo 44 de la Ley**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social, de conformidad con el **artículo 92 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley.**

Para efectos de la notificación personal, en términos los artículos 50 y 84 de la Ley, a partir de esta fecha la presente acta es difundida en la dirección electrónica: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminada esta **primera y última Junta**, siendo las **09:50 horas** del día **11 de septiembre de 2026,** firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta.

Esta acta consta de 7 (siete) fojas útiles.

----------**FIN DE TEXTO** ----------

POR LOS LICITANTES:
SIN ASISTENCIA. (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-78-2026
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN, CONSISTENTES EN EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO MEDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (SIMULADORES) PARA EL CENTRO DE SIMULACIÓN PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, EJERCICIO 2026.

AREA CONTRATANTE

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
LIC. RICARDO RAMÓN ROCHE BAUTISTA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO	
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. CLAUDIA IVETTE ROSADO BASULTO	N47 LÍDER DE PROYECTO.	

ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
DR. JOSE LUIS MORALES ACEVES	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SIN ASISTENCIA

---------- **FIN DEL ACTA** ----------

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos

México 2021 Año de la Independencia

Mérida, Yucatán, a 02 de Marzo de 2021.

Oficio N°. 338001150900/JSA/190

LIC. RICARDO RAMÓN ROCHE BAUTISTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO
Y CONTROL DEL ABASTO
MATRÍCULA 11811595
P r e s e n t e.

A través del presente le comunico que, además de quien suscribe, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Usted queda facultado para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación (Licitaciones Públicas, Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicaciones Directas), así como para suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones correspondientes, observando en todo momento y con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como cualquier otra normativa aplicable vigente.

Lo anterior para su debido cumplimiento y fines correspondientes, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.8 Primer Párrafo Inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e

LIC. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.c.p.
- Lic. Carlos Ahmed Aguilar Castillejos.- Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.
- Minutario de la J.S.A.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN YUCATÁN
COORD. DELEG. DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.
RECIBIDO
03 MAR 2021
FOLIO No.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN YUCATÁN
COORD. DELEG. DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.
RECIBIDO
03 MAR 2021
DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO