



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-107-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFIA DE LA UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2023.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **10:00 horas**, del **30 de junio de 2023**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo a la Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto es presidido por el Lic. Carlos Ahmed Aguilar Castillejos, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 144 fracción XXIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, así como el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

Quien preside el acto, es asistido por el Ing. Elvi Sergio Gabriel Pech Carrillo, adscrito al Departamento de Conservación y Servicios Generales, en calidad de representante del Área Técnica, quien solventó las solicitudes de aclaración de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; y por los representantes del Área Contratante, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **10:00 horas del 29 de junio del 2023**.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
1	GRUPO REINET SA DE CV	SI	9
2	ROSALINDA URIBE ZAPATA	SI	4
TOTAL			13



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-CYR-050GYR011-N-107-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFIA DE LA UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2023.

También se hace constar que BIOMEDICA PAX, SA DE CV, COMPAÑÍA ELECTROMEDICA DEL SURESTE, S DE RL DE CV Y SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV presentaron escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

La Convocante no realizó aclaraciones a la convocatoria.

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

1.- GRUPO REINET SA DE CV

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	2.1 CALIDAD	PUNTO 2.1 CALIDAD ENTENDEMOS QUE SE DEBE PRESENTAR CADA UNO DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS QUE SE ESTARAN UTILIZANDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO Y FUNCIONALIDAD DEL MISMO COMO MULTIMETRO Y MEDIDOR DE KV? ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE REFIERE QUE SE APEGAN LABORALMENTE EN EL SERVICIO A TODO LO NORMADO Y EN EL SUPUESTO DE QUE NO EXISTAN ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN: "Presentar escrito en el que manifieste, que no se cuenta con Organismos de Certificación o Laboratorios de Prueba Acreditados, y que el servicio ofertado cumple con las especificaciones solicitadas por el IMSS."
2	ANEXO TECNICO 4 INCISO III	PUNTO 4 INCISO LLL CURRICULUM VITAE ENTENDEMOS QUE LOS PARTICIPANTES DEBEMOS PRESENTAR LAS CONSTANCIAS DE CADA UNO DE LOS INGENIEROS QUE PARTICIPARÁN EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL FABRICANTE FUJIFILM ASI COMO LA CARTA DE APOYO SOLIDARIO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. NO NECESARIAMENTE TODO EL PERSONAL PROPUESTO DEBEN SER INGENIEROS; Y CON RESPECTO A LAS CONSTANCIAS, LA CONVOCATORIA ESTABLECE EN SU NUMERAL 2.1 FRACCION III: "Currículum Vitae de la empresa o persona física, así como de su personal profesional y técnico calificado (capacitado por la fábrica o



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-107-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFIA DE LA UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2023.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			planta de la marca del equipo o por cualquier otra marca, del cual deberán presentar documentos o constancias donde hayan recibido capacitación en el mantenimiento de los equipos en cuestión) y que será el encargado de realizar materialmente los servicios solicitados en donde demuestre que cuenta con la capacidad técnica para la ejecución de estos servicios, incluyendo teléfonos fijos o móviles de todas las personas que estarán a cargo de la atención de los reportes del Instituto. Escrito libre."
3	ANEXO TÉCNICO 4 INCISO III	PUNTO 4 INCISO LLL CAPACIDAD TÉCNICA ENTENDEMOS PARA COMPROBAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LOS CONTRATOS SIMILARES AL SERVICIO A PARTICIPAR, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTAN SOLICITANDO CONTRATOS SIMILARES AL SERVICIO, EN EL REFERIDO NUMERAL 4 FRACCIÓN III DEL ANEXO TÉCNICO.
4	6.2 INCISO II	PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA, INCISO LL ENTENDEMOS QUE SE DEBE PRESENTAR CATALOGO. MANUAL REFERENCIANDO CADA UNA DE LAS PARTES SOLICITADAS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ESTE PUNTO SE REFIERE A FOLLETOS, CATALOGOS Y FOTOGRAFÍAS DE LOS EQUIPOS EN CUESTIÓN EN GENERAL, NO NECESARIAMENTE REFERENCIADO.
5	6.2 INCISO X	PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISO X SE DEBE PRESENTAR ESCRITO QUE LOS PARTICIPANTES DEBEMOS CONTAR CON INFORMACIÓN TÉCNICA AGREGANDO LAS PRIMERAS HOJAS DEL MANUAL DE SERVICIO DEL MASTOGRAFO AMULET, ESTO ES CORRECTO?	NO NECESARIAMENTE SE DEBERÁN AGREGAR LAS PRIMERAS HOJAS DEL MANUAL DE SERVICIO DEL MASTOGRAFO AMULET, BASTA CON PRESENTAR EL ESCRITO DE MANIFESTACIÓN.
6	13.1 GARANTÍA DEL SERVICIO	GARANTÍA DEL SERVICIO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE GARANTIZA LA CALIDAD DEL SERVICIO ASÍ COMO LA CARTA DE APOYO SOLIDARIO POR PARTE DEL FABRICANTE GARANTIZANDO QUE LAS REPARACIONES INSTALADAS SON NUEVAS Y ORIGINALES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SOLO SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR GARANTICE SU SERVICIO EN LAS SIGUIENTES PARTES: 1- REPARACIONES 2- MATERIALES 3- MANO DE OBRA 4- PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. YA QUE EL CONTRATO ES CON EL





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-107-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFIA DE LA UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2023.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			PROVEEDOR Y NO NECESARIAMENTE CON EL FABRICANTE.
7	ANEXO TECNICO PARTIDA 1	ANEXO 1 TÉCNICO PARTIDA 1 SUMINISTRO E INSTALACIONE DE TARJETA DE CONTROL ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN AL REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE CONTROL?	SE REFIERE SÓLO A LA TARJETA DE CONTROL.
8	ANEXO TECNICO PARTIDA 2	PARTIDA 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN AL REMPLAZO DE LA UNIDAD ELECTRONICA DEL UPS, ESTO ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. EL SERVICIO SE REFIERA A LO SIGUIENTE: SUSTITUCIÓN DE TARJETA PRINCIPAL DEL UPS Y MODULO ELECTRÓNICO 9PX 11KVA POWER MODULE: BATTERY.
9	ANEXO TECNICO	ANEXO 1 ENTENDEMOS QUE AL REALIZAR EL REMPLAZO DE CADA UNA DE LAS REFACCIONES SOLICITADAS SE DEBERAN ENTREGAR LAS PARTES DAÑADAS AL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD, ES CORRECTO?	ES CORRECTO, LAS REFACCIONES NO SON A CAMBIO, LAS DAÑADAS DEBERAN ENTREGARSE AL JEFE DE CONSERVACION PARA SU RESPECTIVO PROCESO DE BAJA.

2.- ROSALINDA URIBE ZAPATA

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	PARTIDA 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE FLAT. PANEL, INCLUYE COSTO DE REFACCIONES, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y MANO DE OBRA 1. ¿CUÁL ES EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO? ¿EN QUÉ AÑO SE ADQUIRIÓ EL EQUIPO? 2. ¿EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL? 3. EN CASO DE QUE EL EQUIPO NO ESTE FUNCIONAL ¿CUENTA CON DIAGNÓSTICO? (SI CUENTA CON DIAGNÓSTICO ESPECIFICAR CUAL ES). 4. ¿EL EQUIPO CUENTA CON TODAS SUS PIEZAS ORIGINALES? 5. ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO? 6. ¿CUÁL FUE LA FALLA REPORTADA EN EL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO? 7. ¿CÓMO SE CORRIÓ LA FALLA? 8. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE USO DEL EQUIPO? 9. ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO? 10. FAVOR DE INCLUIR LAS ORDENES DE SERVICIO DEL EQUIPO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR LA HISTORIAL DE FALLAS DE ESTE, ASÍ MISMO IMÁGENES DEL EQUIPO.	- SI INCLUYE EL COSTO DE REFACCIONES, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y MANO DE OBRA. 1.- AÑO DE FABRICACION ES DE 2017 - AÑO DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO: 2018. 2.- EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. 3.- SI CUENTA CON UN DIAGNOSTICO POR PARTE DE LA ASEGURADORA. EL DIAGNOSTICO ES LO ESPECIFICADO EN LA LICITACION EN EL NUMERAL 1 DESCRIPCION DEL SERVICIO DEL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA. 4.- EL EQUIPO SI CUENTA CON TODAS SUS PARTES ORIGINALES. 5.- LA FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUE EL 26/09/2022. - LOS DATOS FALTANTES NO SON RELEVANTES DEBIDO QUE EL SERVICIO PROVIENE DE UN SINIESTRO CON UN DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO POR PARTE DE LA ASEGURADORA, MISMO QUE SE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-107-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFIA DE LA UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2023.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
2	PARTIDA 2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUSTITUCIÓN DE TARJETA PRINCIPAL DEL UPS Y MÓDULO ELECTRÓNICO 9PX 11KVA POWER MODULE: BATTERY. 1. ¿CUÁL ES EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO? ¿EN QUÉ AÑO SE ADQUIRIÓ EL EQUIPO? 2. ¿EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL? 3. EN CASO DE QUE EL EQUIPO NO ESTE FUNCIONAL ¿CUENTA CON DIAGNÓSTICO? (SI CUENTA CON DIAGNÓSTICO ESPECIFICAR CUAL ES). 4. ¿EL EQUIPO CUENTA CON TODAS SUS PIEZAS ORIGINALES? 5. ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO? 6. ¿CUÁL FUE LA FALLA REPORTADA EN EL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO? 7. ¿CÓMO SE CORRIÓ LA FALLA? 8. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE USO DEL EQUIPO? 9. ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO? 10. FAVOR DE INCLUIR LAS ÓRDENES DE SERVICIO DEL EQUIPO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR LA HISTORIA DE FALLAS DE ESTE, ASÍ MISMO IMÁGENES DEL EQUIPO.	ESTABLECE EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REQUERIDOS. - SI INCLUYE EL COSTO DE REFACCIONES, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y MANO DE OBRA. 1.- AÑO DE FABRICACIÓN ES DE 2017 - AÑO DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO: 2018. 2.- EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. 3.- SI CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO POR PARTE DE LA ASEGURADORA. EL DIAGNÓSTICO ES LO ESPECIFICADO EN LA LICITACIÓN EN EL NUMERAL 1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DEL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA. 4.- EL EQUIPO SI CUENTA CON TODAS SUS PARTES ORIGINALES. 5.- LA FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUE EL 26/09/2022. - LOS DATOS FALTANTES NO SON RELEVANTES DEBIDO QUE EL SERVICIO PROVIENE DE UN SINIESTRO CON UN DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO POR PARTE DE LA ASEGURADORA, MISMO QUE SE ESTABLECE EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REQUERIDOS.
3	PARTIDA 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, INCLUYE COSTO DE REFACCIONES, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y MANO DE OBRA. 1. ¿CUÁL ES EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO? ¿EN QUÉ AÑO SE ADQUIRIÓ EL EQUIPO? 2. ¿EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL? 3. EN CASO DE QUE EL EQUIPO NO ESTE FUNCIONAL ¿CUENTA CON DIAGNÓSTICO? (SI CUENTA CON DIAGNÓSTICO ESPECIFICAR CUAL ES). 4. ¿EL EQUIPO CUENTA CON TODAS SUS PIEZAS ORIGINALES? 5. ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO? 6. ¿CUÁL FUE LA FALLA REPORTADA EN EL	- SI INCLUYE EL COSTO DE REFACCIONES, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y MANO DE OBRA. 1.- AÑO DE FABRICACIÓN ES DE 2017 - AÑO DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO: 2018. 2.- EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. 3.- SI CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO POR PARTE DE LA ASEGURADORA. EL DIAGNÓSTICO ES LO ESPECIFICADO EN LA LICITACIÓN EN EL NUMERAL 1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DEL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA. 4.- EL EQUIPO SI CUENTA CON TODAS SUS PARTES ORIGINALES. 5.- LA FECHA DEL ÚLTIMO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-CYR-050GYR011-N-107-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFIA DE LA UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2023.

NÚMERO	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO? 7. ¿CÓMO SE CORRIÓ LA FALLA? 8. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE USO DEL EQUIPO? 9. ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO? 10. FAVOR DE INCLUIR LAS ORDENES DE SERVICIO DEL EQUIPO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR LA HISTORIAL DE FALLAS DE ESTE, ASÍ MISMO IMÁGENES DEL EQUIPO.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUE EL 26/09/2022. - LOS DATOS FALTANTES NO SON RELEVANTES DEBIDO QUE EL SERVICIO PROVIENE DE UN SINIESTRO CON UN DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO POR PARTE DE LA ASEGURADORA, MISMO QUE SE ESTABLECE EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REQUERIDOS.
4	PARTIDA 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ELEVACIÓN DEL ARCO EN "C", INCLUYE COSTO DE REFACCIONES, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y MANO DE OBRA. 1. ¿CUÁL ES EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO? ¿EN QUÉ AÑO SE ADQUIRIÓ EL EQUIPO? 2. ¿EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL? 3. EN CASO DE QUE EL EQUIPO NO ESTE FUNCIONAL ¿CUENTA CON DIAGNÓSTICO? (SI CUENTA CON DIAGNÓSTICO ESPECIFICAR CUALES). 4. ¿EL EQUIPO CUENTA CON TODAS SUS PIEZAS ORIGINALES? 5. ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO? 6. ¿CUÁL FUE LA FALLA REPORTADA EN EL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO? 7. ¿CÓMO SE CORRIÓ LA FALLA? 8. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE USO DEL EQUIPO? 9. ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO? 10. FAVOR DE INCLUIR LAS ORDENES DE SERVICIO DEL EQUIPO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR LA HISTORIAL DE FALLAS DE ESTE, ASÍ MISMO IMÁGENES DEL EQUIPO.	- SI INCLUYE EL COSTO DE REFACCIONES, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y MANO DE OBRA. 1.- AÑO DE FABRICACION ES DE 2017 - AÑO DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO: 2018. 2.- EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. 3.- SI CUENTA CON UN DIAGNOSTICO POR PARTE DE LA ASEGURADORA. EL DIAGNOSTICO ES LO ESPECIFICADO EN LA LICITACION EN EL NUMERAL 1 DESCRIPCION DEL SERVICIO DEL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA. 4.- EL EQUIPO SI CUENTA CON TODAS SUS PARTES ORIGINALES. 5.- LA FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUE EL 26/09/2022. - LOS DATOS FALTANTES NO SON RELEVANTES DEBIDO QUE EL SERVICIO PROVIENE DE UN SINIESTRO CON UN DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO POR PARTE DE LA ASEGURADORA, MISMO QUE SE ESTABLECE EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REQUERIDOS.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por CompraNet las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **6 horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NUMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-107-2023

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFIA DE LA UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2023.

Una vez vencido el referido plazo otorgado, se procederá a la reanudación de la presente Junta de Aclaraciones, y en caso de ser formuladas preguntas y respuestas dadas a los cuestionamientos, se darán a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas) recibidas, en el citado acto de reanudación.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127-B, de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, en donde se fijará una copia del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo **las 10:50 horas del día 30 de junio de 2023**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta.

Esta acta consta de 8 (ocho) fojas útiles.

-----FIN DE TEXTO-----

POR LOS LICITANTES:

SIN ASISTENCIA. (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. CARLOS AHMED AGUILAR CASTILLEJOS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	



2023
**Francisco
VILLA**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-107-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA DE LA UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2023.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ.	JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
C.P. ALEJANDRA IVETTE COMAS CARRILLO	N44 RESPONSABLE DE PROYECTO.	
ING. ELVI SERGIO GABRIEL PECH CARRILLO	JEFE DE OFICINA DE CONSERVACIÓN ZONA 1	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SIN ASISTENCIA

----- FIN DEL ACTA -----

