



**ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-184-2023**

**"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO (PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS Y DE MASTOGRAFÍA), PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2023"**

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **17:30 horas**, del **27 de Septiembre de 2023** en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a término la Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, **iniciada el día 25 de septiembre del año en curso a las 10:00 horas**; de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto es presidido por el Lic. Ricardo Ramón Roche Bautista, Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 144 fracción XXIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el numeral 7.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, así como el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

Quien preside el acto, es asistido por el I.B. Mario Andrés Alvarado Nava, Ingeniero Biomédico, adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en calidad de representante del Área Técnica, quien solventó las solicitudes de aclaración de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; y por los representantes del Área Contratante, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Quien preside el acto, comunicó que de conformidad con el artículo 46, fracción II del Reglamento, en el Acta de Inicio de la Junta de Aclaraciones que se concluyó cabo a las **10:30 horas** del día **27 de Septiembre de 2023**, se informó a los licitantes que se otorgaban 6 horas para la recepción de preguntas a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración y que dicho plazo transcurrió de forma natural desde las 11:17 horas, hasta las 17:17 horas del día de hoy 27 de Septiembre de 2023, según se señaló en el Sistema CompraNet como fecha y hora límite para el envío de repreguntas.

En dicha acta de inicio se estipuló que vencido que fuere el plazo otorgado, se reanudaría la presente Junta de Aclaraciones y se darían a conocer en la referida reanudación, las repuestas a las preguntas (repreguntas) que en su caso se recibieren, lo que se lleva a cabo en la presente actuación.

**DESARROLLO DEL ACTO**

Vencido el plazo referido anteriormente, se verificó en el sistema CompraNet si existen preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, señalando que sí se recibieron preguntas (repreguntas) en relación a las respuestas, por parte del siguiente licitante:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	CONSORCIO HERMES S.A. DE C.V.	10	3





ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-184-2023

"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO (PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS Y DE MASTOGRAFÍA), PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2023"

Inmediatamente se procedió al análisis de las preguntas adicionales, a fin de proporcionar la respuesta, como se indica a continuación:

1.- LICITANTE: CONSORCIO HERMES S.A. DE C.V

REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
CR DE ALTA PRODUCTIVIDAD, PUNTO 9, PREGUNTA 12 DE CONSORCIO HERMES S. A. DE C. V.	EL HECHO DE CONTAR CON UNA PANTALLA TOUCH O CON BOTONES FÍSICOS NO ES INDICATIVO DE QUE SE TRATE DE UN EQUIPO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA ADEMÁS QUE NO SE TIENE UNA VENTAJA RESPECTO DE CONTAR CON UN SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE DATOS O DE OTRO, Y MÁS BIEN SE ESTARÍA FAVORECIENDO A UNA MARCA EN ESPECÍFICO CONTRARIO A LO INDICADO EN EL ART. 29 DE LAS LAASSP POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA UNA PANTALLA LCD CON BOTONES FÍSICOS. ¿SE ACEPTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA FAVORECER A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 9 DEL EQUIPO "DIGITALIZADOR DE ALTA PRODUCTIVIDAD" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
CR DE ALTA PRODUCTIVIDAD, PUNTO 9, PREGUNTA 12 DE CONSORCIO HERMES S. A. DE C. V.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA LE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE FUNDE Y MOTIVE SU RESPUESTA EN TÉRMINOS DE LAS VENTAJAS QUE REPRESENTA EL HECHO DE TENER UNA PANTALLA TOUCH DE MANERA OBJETIVA YA QUE EL ARGUMENTO UTILIZADO ES MERAMENTE SUBJETIVO Y DE APRECIACIÓN O EN TODO CASO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS FUNDE Y MOTIVE SU RESPUESTA EN TÉRMINOS DE QUE LA LICITACIÓN ES PARA LA ADQUISICIÓN DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA Y DE ACUERDO AL ART. 55 DE LA LAASSP EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO ÚNICAMENTE SEÑALA: LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES CUYO CONSUMO HAGA NECESARIA INVARIABLEMENTE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR PODRÁ REALIZARSE SIEMPRE Y CUANDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE ESTABLEZCA QUE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ PROPORCIONAR EL CITADO EQUIPO SIN COSTO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DURANTE EL TIEMPO REQUERIDO PARA EL CONSUMO DE LOS MATERIALES. POR LO QUE SOLICITAR EQUIPO ADICIONAL QUE NO ESTE REALACIONADO CON LA UTILIZACIÓN DEL BIEN SOLICITADO ES VIOLATORIO DE LA LAASSP. FAVOR DE ACLARAR	LA TECNOLOGÍA TÁCTIL EN PANTALLAS LCD NO RESULTA UNA CARACTERÍSTICA SUBJETIVA, SINO UNA CARACTERÍSTICA ADOPTADA POR LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS QUE ACTUALMENTE OPERAN EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DEBIDO A QUE ESTAS PERMITEN UNA INTERACCIÓN DIRECTA CON EL DISPOSITIVO, RESULTANDO EN UNA MAYOR RAPIDEZ AL EFECTUAR LOS PROCESOS YA QUE CON SIMPLES MOVIMIENTOS SE PUEDE INGRESAR A LOS MENÚS, SELECCIONAR DE UNA FORMA MÁS PRÁCTICA LA OPCIÓN DESEADA, REALIZAR CAPTURA DE DATOS DIRECTAMENTE EN LA PANTALLA, MANIPULACIÓN Y EDICIÓN DE IMÁGENES Y MOVERSE DE UNA SECCIÓN A OTRA CON MAYOR FLUIDEZ.





**ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-184-2023**

**"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO (PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS Y DE MASTOGRAFÍA), PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2023"**

REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
CR DE ALTA PRODUCTIVIDAD, PUNTO 14, PREGUNTA 14 Y 15 DE CONSORCIO HERMES S. A. DE C.V.	ACTUALMENTE EN LAS LICITACIONES QUE REALIZA EL PROPIO IMSS A NIVEL CENTRAL SOLICITA CR DE 12 BITS/PIXEL YA QUE CON ESTO SE LOGRA REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS DE MANERA ADECUADA E INCLUSO LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES VIGENTE A LA FECHA ETIMSS 5640-023-005 INDICA DENTRO DE SUS ESPECIFICACIONES EN SU PUNTO 11.4.1.1. CAPTURA DE IMÁGENES EN RESOLUCIÓN DE 12 BITS/PIXEL O MAYOR. POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA PARA ESTE PUNTO LECTURA DE ESCALA DE GRISES DE 12 BITS/PIXEL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 14 DEL EQUIPO "DIGITALIZADOR DE ALTA PRODUCTIVIDAD" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
CR DE ALTA PRODUCTIVIDAD, PUNTO 14, PREGUNTA 14 Y 15 DE CONSORCIO HERMES S. A. DE C.V.	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA OPCIÓN DE OFERTAR 12 BITS/ PIXEL, YA QUE EL SOFTWARE OFERTADO CUENTA CON PROCESAMIENTO AVANZADO DE IMAGEN EL CUAL PERMITE OPTIMIZAR EL CONTRASTE, REDUCIR EL RUIDO ASÍ COMO ELIMINAR EL EFECTO PRODUCIDO POR LA REJILLA, POR LO QUE EN NINGÚN MOMENTO SE DEMERITA LA CALIDAD DE LA IMAGEN Y SERÍA IRRELEVANTE QUE EL DIGITALIZADOR TENGA LA CAPACIDAD SOLICITADA DE 16 BITS/PIXEL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 14 DEL EQUIPO "DIGITALIZADOR DE ALTA PRODUCTIVIDAD" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
CR DE ALTA PRODUCTIVIDAD, PUNTO 14, PREGUNTA 14 Y 15 DE CONSORCIO HERMES S. A. DE C.V.	EN CASO DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PAÍS DENTRO DEL IMSS ESTÁN UTILIZANDO LA RESOLUCIÓN DE 12 BITS/PIXEL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR DICHA CARACTERÍSTICA EN ESTA CONVOCATORIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL 14 DEL EQUIPO "DIGITALIZADOR DE ALTA PRODUCTIVIDAD" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
CR DE ALTA PRODUCTIVIDAD, PUNTO 14, PREGUNTA 14 Y 15 DE CONSORCIO HERMES S. A. DE C.V.	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITO ATENTAMENTE QUE SE FUNDE Y SE MOTIVE LA RESPUESTA EN FUNCIÓN DE QUE PORQUE SE ESTÁ SOLICITANDO ESPECÍFICAMENTE PARA ESTA CONTRATACIÓN LA CARACTERÍSTICA DE 16 BITS/PIXEL CUANDO LA NORMATIVA INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ETIMSS 5640-023-005 SOLICITA EL REQUERIMIENTO QUE ESTAMOS OFRECIENDO EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL RESTO DEL PAÍS. ADEMÁS QUE SE ESTÁ FAVORENCIENDO A UNA MARCA EN ESPECÍFICO LO CUAL VIOLA EL ART. 29 DE LA LAASSP Y A SU VEZ SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS FUNDE Y MOTIVE SU RESPUESTA EN TÉRMINOS DE QUE LA LICITACIÓN ES PARA LA ADQUISICIÓN DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA Y DE ACUERDO AL ART. 55 DE LA LAASSP EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO ÚNICAMENTE SEÑALA: LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES CUYO CONSUMO HAGA NECESARIA INVARIABLEMENTE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR PODRÁ REALIZARSE SIEMPRE Y CUANDO EN LA CONVOCATORIA	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA FAVORECER A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA RAZÓN POR LA CUAL SE ESTÁ SOLICITANDO 16 BITS/PIXEL ES QUE ENTRE MAYOR SEA EL NÚMERO DE BITS POR PÍXEL, MAYOR NÚMERO DE TONOS DE GRISES SE PUEDEN REPRESENTAR, ESTO SIGNIFICA QUE, LA TRANSICIÓN DE UN TONO A OTRO SERÁ MÁS SUAVE, LO QUE PUEDE DAR COMO RESULTADO UNA IMAGEN CON MÁS DETALLES. ASÍ MISMO, AL UTILIZAR UNA PROFUNDIDAD DE BITS MÁS ALTA, SE REDUCE LA PROBABILIDAD DE QUE SE





ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-184-2023

"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO (PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS Y DE MASTOGRAFÍA), PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2023"

REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
	A LA LICITACIÓN SE ESTABLEZCA QUE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ PROPORCIONAR EL CITADO EQUIPO SIN COSTO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DURANTE EL TIEMPO REQUERIDO PARA EL CONSUMO DE LOS MATERIALES, POR LO QUE SOLICITAR EQUIPO ADICIONAL QUE NO ESTE REALACIONADO CON LA UTILIZACIÓN DEL BIEN SOLICITADO ES VIOLATORIO DE LA LAASSP. FAVOR DE ACLARAR	PRODUZCAN ARTEFACTOS DE COMPRESIÓN.  DE IGUAL MANERA SE REITERA QUE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PREVIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICADO, EXACTAMENTE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN COMPLETO APEGO AL ARTÍCULO 26 PÁRRAFO SEXTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
ULTRASONIDO DOPPLER COLOR AVANZADO DE ALTA ESPECIALIDAD PUNTO 28, PREGUNTA 25 Y 26 DE CONSORCIO HERMES S. A. DE C.V.	LAS IMÁGENES DE ULTRASONIDO NO SON DE ALTA RESOLUCIÓN POR LO QUE SOLICITAR UN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE 1.0 TB ES MÁS QUE SUFICIENTE, YA QUE SE CUENTA CON EL ALMACENAMIENTO EXTERNO ADICIONAL, ADEMÁS QUE LAS IMÁGENES, POR LA NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN, SERÁN IMPRESAS, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ALMACENAMIENTO INTERNO DE 1.0 TB. SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, QUE SE OFERTE UN EQUIPO CON UN ALMACENAMIENTO INTERNO DE 1.0 TB, SIEMPRE Y CUANDO CON EL ALMACENAMIENTO EXTERNO QUE MENCIONA SE COMPLETE EL 1.5 TB (1,500 GB) SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
ULTRASONIDO DOPPLER COLOR AVANZADO DE ALTA ESPECIALIDAD PUNTO 28, PREGUNTA 25 Y 26 DE CONSORCIO HERMES S. A. DE C.V.	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS FUNDE Y MOTIVE SU RESPUESTA EN TÉRMINOS DE QUE LA LICITACIÓN ES PARA LA ADQUISICIÓN DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA Y DE ACUERDO AL ART. 55 DE LA LAASSP EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO ÚNICAMENTE SEÑALA: LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES CUYO CONSUMO HAGA NECESARIA INVARIABLEMENTE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR PODRÁ REALIZARSE SIEMPRE Y CUANDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE ESTABLEZCA QUE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ PROPORCIONAR EL CITADO EQUIPO SIN COSTO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DURANTE EL TIEMPO REQUERIDO PARA EL CONSUMO DE LOS MATERIALES. POR LO QUE SOLICITAR EQUIPO ADICIONAL QUE NO ESTE REALACIONADO CON LA UTILIZACIÓN DEL BIEN SOLICITADO ES VIOLATORIO DE LA LAASSP. FAVOR DE ACLARAR	NO PREVALECE LA NECESIDAD DE DAR RESPUESTA, DEBIDO A QUE LA PREGUNTA ANTERIOR NO FUE RESPONDIDA DE FORMA NEGATIVA



**ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-184-2023**

**"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO (PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS Y DE MASTOGRAFÍA), PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2023"**

REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
ULTRASONIDO DOPPLER COLOR AVANZADO DE ALTA ESPECIALIDAD PUNTO 41, PREGUNTA 29, 30 Y 31 DE CONSORCIO HERMES S. A. DE C.V.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL EL BRAZO AUTOMÁTICO YA QUE ADEMAS DE FAVORECER A UNA MARCA, ESTE TIPO DE MEDICIÓN ES POCO EXACTA, YA QUE LA COMPRESIÓN DEBE SER REALIZADA CON EL TACTO DEL MÉDICO Y MEDIANTE EL SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA EVALUAR EL NIVEL DE RIGIDEZ DEL TEJIDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR IMAGEN 3D, IMÁGENES VOLUMÉTRICAS Y VISTA CORONAL ANATÓMICA DE LA MAMA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA FAVORECER A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, DERIVADO A QUE EL INSTITUTO TIENE EL OBJETIVO DE CONTAR SIEMPRE CON EQUIPOS DE LA MÁS RECIENTE TECNOLOGÍA PARA BRINDAR LA MEJOR ATENCIÓN POSIBLE A LOS DERECHOHABIENTES, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
ULTRASONIDO DOPPLER COLOR AVANZADO DE ALTA ESPECIALIDAD PUNTO 41, PREGUNTA 29, 30 Y 31 DE CONSORCIO HERMES S. A. DE C.V.	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS FUNDE Y MOTIVE SU RESPUESTA EN TÉRMINOS DE QUE LA LICITACIÓN ES PARA LA ADQUISICIÓN DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA Y DE ACUERDO AL ART. 55 DE LA LAASSP EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO ÚNICAMENTE SEÑALA: LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES CUYO CONSUMO HAGA NECESARIA INVARIABLEMENTE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR PODRÁ REALIZARSE SIEMPRE Y CUANDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE ESTABLEZCA QUE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ PROPORCIONAR EL CITADO EQUIPO SIN COSTO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DURANTE EL TIEMPO REQUERIDO PARA EL CONSUMO DE LOS MATERIALES. POR LO QUE SOLICITAR EQUIPO ADICIONAL QUE NO ESTE REALACIONADO CON LA UTILIZACIÓN DEL BIEN SOLICITADO ES VIOLATORIO DE LA LAASSP. FAVOR DE ACLARAR	SE REALIZA LA ACLARACIÓN DE QUE EL BRAZO AUTOMÁTICO SIRVE PARA REALIZAR COMPRESIÓN EN LA MAMA, LO QUE PERMITE TENER UNA IMAGEN 3D INTEGRAL DE CAMPO COMPLETO, BRINDANDO AL MÉDICO UNA HERRAMIENTA ADICIONAL INDEPENDIENTEMENTE DEL TACTO QUE PUEDA REALIZAR, CON UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN DIAGNÓSTICA, LOGRANDO UNA EVALUACIÓN CUALITATIVA RÁPIDA Y EN TIEMPO REAL.

**CIERRE DEL ACTA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el nuevo calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	04 de Octubre de 2023	10:00 horas



ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-184-2023

"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO (PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS Y DE MASTOGRAFÍA), PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2023"

EVENTO	FECHA	HORA
Celebración del Acto de Fallo	11 de Octubre de 2023	12:00 Horas
Firma del Contrato	25 de Octubre de 2023	12:00 Horas

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127-B, de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, en donde se fijará una copia del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **20:50 horas** del día **27 de Septiembre de 2023**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta.

Esta acta consta de 7 (siete) fojas útiles.

-----FIN DE TEXTO-----

**POR LOS LICITANTES:**

SIN ASISTENCIA. (ELECTRÓNICA)

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. RICARDO RAMÓN ROCHE BAUTISTA	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO EQUIPAMIENTO.	
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	



**ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA  
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-184-2023**

**"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO (PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS Y DE MASTOGRAFÍA),  
PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, DEL INSTITUTO  
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2023"**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ	JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. MARÍA ISABEL PÉREZ TORRES	N47 LÍDER DE PROYECTO.	
I.B. MARIO ANDRÉS ALVARADO NAVA	INGENIERO BIOMÉDICO	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
SIN ASISTENCIA

----- FIN DEL ACTA -----



