



ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **09:00 horas**, del **16 de octubre de 2023** en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44, número 999, por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a término la Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto es presidido por el Lic. Harry Irizar Leyva, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 144 fracción XXIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el numeral 7.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, así como el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

Quien preside el acto, es asistido por el representante de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en calidad de representante del Área Técnica, quien solventó las solicitudes de aclaración de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; y por los representantes del Área Contratante, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.


De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Quien preside el acto, comunicó que de conformidad con el artículo 46, fracción II del Reglamento, en el Acto de Inicio de la Junta de Aclaraciones que se llevó a cabo de las 10:00 horas del día 11 de octubre de 2023, a las 16:00 horas del día 13 de octubre de 2023, en virtud de haberse suspendido la junta en tres ocasiones en razón del volumen de preguntas recibidas y la complejidad de las mismas; se informó a los licitantes que se otorgaban 18 horas para la recepción de preguntas a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración y que dicho plazo transcurrió de forma natural desde las 18:12 horas del día 13 de octubre, hasta las 12:15 horas del día 14 de octubre de 2023, según se señaló en el Sistema CompraNet como fecha y hora límite para el envío de repreguntas.

En dicha acta de inicio se estipuló que, una vez vencido el referido plazo otorgado, se procedería a la reanudación de la presente Junta de Aclaraciones, y en caso de ser formuladas preguntas a las respuestas dadas a los cuestionamientos, se darían a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas) que en su caso se recibieren, en el citado acto de reanudación, el cual en razón de la hora de la transmisión de la referida acta de inicio, se realizaría a las 09:00 horas del día 16 de octubre de 2023, lo que se lleva a cabo en la presente actuación.

DESARROLLO DEL ACTO

Vencido el plazo referido anteriormente, se verificó en el sistema CompraNet si existen preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración,



ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.


señalando que Sí se recibieron preguntas (repreguntas) en relación a las respuestas, por parte del siguiente licitante:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS
1	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	1

Inmediatamente se procedió al análisis de la pregunta adicional, a fin de proporcionar la respuesta, como se indica a continuación:

1.- LICITANTE: GRUPO REINET, S.A. DE C.V.

PREGUNTA ORIGINAL	RESPUESTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
<p>PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA)</p> <p>PUNTO: 1.14. SISTEMA DE EMERGENCIA, POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA, QUE ACTIVE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE, Y/O</p> <p>1.14.1 SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR EL PUNTO 1.14 Y/O 1.14.1 ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA QUE AMBOS NUMERALES SE REFIEREN A CARACTERÍSTICAS DIFERENTES, POR LO CUAL DEBEN DE SER SOLVENTADAS AMBAS.</p>	<p>PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA)</p> <p>CON REFERENCIA A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NO. 12 DE LA EMPRESA GRUPO REINET S.A. DE C.V. EN LA PÁGINA 26:</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DESCRITO EN LA CÉDULA ORIGINAL REQUERIDA POR LA CONVOCANTE EN DONDE SE ESPECIFICA EN EL PUNTO 1.14: SISTEMA DE EMERGENCIA, POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA, QUE ACTIVE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE, Y/O PUNTO 1.14.1 SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO. SIENDO QUE SE PODRÁ OFERTAR UNO U OTRO SIN QUE ESTO SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL MOTIVO DE SOLICITAR QUE SE CUMPLAN AMBOS NUMERALES OBEDECE A QUE SON DEPENDIENTES UNO DEL OTRO. EL NUMERAL 1.14 SE REFIERE A SISTEMA DE EMERGENCIA EN CASO DE FALLA DEL CONTROL REMOTO PUEDAN ACTIVARSE LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA DESDE LA COLUMNA, MIENTRAS QUE EL NUMERAL 1.14.1 SE REFIERE A UN SISTEMA DE EMERGENCIA HIDRÁULICO EN CASO DE UN FALLO COMPLETO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (RED ELÉCTRICA Y BATERÍAS) EL CUAL PUDIERA COMPROMETER LA INTEGRIDAD DE LOS PACIENTES EN CASO DE NO PODER POSICIONARLOS ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD SURGIDA DURANTE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.</p>



ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el nuevo calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	23 de octubre de 2023	09:00 horas
Celebración del Acto de Fallo	30 de octubre de 2023	12:00 horas

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en calle 44, número 999, por las calles 127 y 127-B, de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, en donde se fijará una copia del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **09:30 horas** del día **16 de octubre de 2023**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta.

Esta acta consta de 4 (cuatro) fojas útiles.

-----FIN DE TEXTO-----

POR LOS LICITANTES:

SIN ASISTENCIA. (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. HARRY IRIZAR LEYVA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	





ACTA DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023**

**ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. CLAUDIA IVETTE ROSADO BASULTO	N47 LÍDER DE PROYECTO.	
I.B. MARIO ANDRÉS ALVARADO NAVA	COORDINADOR DE INGENIERÍA BIOMÉDICA	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SIN ASISTENCIA

----- FIN DEL ACTA -----