



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **10:00 horas**, del **11 de octubre de 2023**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto es presidido por el Lic. Ricardo Ramón Roche Bautista, Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 144 fracción XXIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, así como el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

Quien preside el acto, es asistido por el representante de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en calidad de representante del Área Técnica, quien solventó las solicitudes de aclaración de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; y por los representantes del Área Contratante, los cuales solventaron las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **10:00 horas del 10 de octubre de 2023**.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
1	VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.	SI	5
2	INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V.	SI	55



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES			
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA			
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023			
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.			

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
3	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SI	3
4	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SI	28
5	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	SI	10
6	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	SI	13
7	PRO OMNIMEDIC, S.A. DE C.V.	SI	8
8	KOOLFER, S.A. DE C.V.	SI	6
9	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SI	6
10	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.	SI	3
TOTAL			137

También se hace constar que los siguientes licitantes:

- ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V.
- CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
- COMPAÑÍA ELECTROMEDICA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.
- DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.
- ENCORE HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.
- FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.
- ICDELTA, S.A. DE C.V.
- MEDICAL ADVANCED SUPPLIES, S.A. DE C.V.
- MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.
- MGP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
- SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.

Presentan escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

Posteriormente y con fundamento en el artículo 46, fracción II del Reglamento, a solicitud del área técnica, en razón del volumen y la complejidad de las solicitudes de aclaración recibidas y dado que se están integrando las respuestas correspondientes, quien preside el evento determinó realizar un receso y consecuentemente, se señala para su reanudación a las 10:00 horas del 12 de octubre de 2023, lo cual fue comunicado mediante aviso de suspensión, publicado en el Sistema Compranet.

----- RECESO -----

Siendo las 10:00 horas del 12 de octubre de 2023, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones, sin embargo, en virtud de que el área técnica, aún se encuentra en fase de análisis de las solicitudes de aclaración recibidas, con fundamento en el artículo 46, fracción II del Reglamento, quien preside el evento determinó realizar un segundo receso y consecuentemente, se señala para su



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

reanudación a las 13:00 horas del día 12 de octubre de 2023, lo cual fue comunicado mediante aviso de suspensión, publicado en el Sistema Compranet.

RECESO

Siendo las 13:00 horas del 12 de octubre de 2023, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones, sin embargo, en virtud de que el área técnica, aún se encuentra en fase de análisis de las solicitudes de aclaración recibidas, con fundamento en el artículo 46, fracción II del Reglamento, quien preside el evento determinó realizar un tercer receso y consecuentemente, se señala para su reanudación a las 12:30 horas del día 13 de octubre de 2023, lo cual fue comunicado mediante aviso de suspensión, publicado en el Sistema Compranet.

RECESO

Siendo las 12:30 horas del día 13 de octubre de 2023, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.

PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

La Convocante no realizó aclaraciones a la convocatoria a la licitación.

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como la respuesta otorgada por la Convocante (por el Área Técnica, para las preguntas de carácter técnico y por el Área Contratante, para las preguntas de carácter administrativo), como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

1.- VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	ANEXO 1, PARTIDA 190, CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE	CEDULA TÉCNICA, PUNTO 1.2, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CARGA DE 200 A 300 O MAYOR. DEBIDO A QUE DEBE SOPORTAR EL PESO DEL PACIENTE Y DEL MÉDICO TRATANTE YA QUE QUÉ CUANDO EL PACIENTE REQUIERE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EL MÉDICO SUBE TODO SU PESO AL APLICAR LA TÉCNICA. Y TENER 200 KILOS PONDRÍA EN RIESGO LA SEGURIDAD DE AMBOS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	ANEXO 1, PARTIDA 190, CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE	CEDULA TÉCNICA, PUNTOS 1.3.1 Y 1.3.2, TRENDELEMBURG DE 12° COMO MÍNIMO, A FIN DE FAVORECER LA VALORACIÓN EL ESTADO DEL MÚSCULO GLÚTEO MEDIO Y EL PUNTO DE APOYO DE LA CADERA Y LA IRRIGACIÓN SANGUÍNEA EN LA TÉCNICA RCP SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AUMENTAR A 16 GRADOS COMO MÍNIMO, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
3	ANEXO 1, PARTIDA 190, CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE	CEDULA TÉCNICA, PUNTO 1.4.1, ASCENSO Y DESCENSO, PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CAÍDAS Y FAVORECER EL TRASPASO DE PACIENTES A LA CAMILLA, TRANSFER O PLATAFORMAS DE EQUIPO DE IMAGENOLOGIA SE PODRÍA AUMENTAR EL MARGEN DE DESCENSO DE 66 CM. A 55 CM., SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	ANEXO 1, PARTIDA 190, CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE	CEDULA TÉCNICA, PUNTO 2.1, POSTE PORTASOLUCIONES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL POSTE PORTASOLUCIONES SEAN DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA A FIN DE PROPORCIONAR ACCESORIOS DE LA MISMA CALIDAD Y ASEGURAR LA DURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	ANEXO 1, PARTIDA 190, CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE	CEDULA TÉCNICA PUNTO 2.2 CINTURONES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LOS CINTURONES SEAN DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA A FIN DE PROPORCIONAR ACCESORIOS DE LA MISMA CALIDAD Y ASEGURAR LA DURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

2.- INSTRUMENTACION MÉDICA, S.A. DE C.V.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR SINÓNIMOS DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS, DADO QUE LOS EQUIPOS SON IMPORTADOS Y SUS DOCUMENTOS VIENEN TRADUCIDOS POR FABRICA, HAY CIERTAS PALABRAS QUE NO SON EXACTAMENTE COMO LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE COMPROBE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA.
2	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 1.9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE 1250RPM, DADO QUE SE HAN REALIZADO VARIOS ESTUDIOS EN DONDE AL REALIZAR PERFORACIONES DE MENOR DIÁMETRO CON UN UNA MENOR VELOCIDAD Y FUERZA, MEJORAN EL PERFORMANCE DE LOS HUESOS TRATADOS., ASÍ EVITANDO UN AUMENTO DE TEMPERATURA Y POR LO TANTO UN DAÑO IRREVERSIBLE DEL HUESO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" QUE EN SU NUMERAL 1.9 REQUIERE: VELOCIDAD NORMAL DE OPERACIÓN DE AL MENOS 10,000 RPM.
3	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 1.9	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE TIPO DE CIRUGÍAS REQUIEREN LA VELOCIDAD DE 10,000RPM?	SE ACLARA AL INTERESADO QUE CON EL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" SE REQUIERE UNA VELOCIDAD DE 10,000 RPM PARA EFECTUAR CIRUGÍA PERCUTÁNEA DE PIE, PERFORACIONES DE PLACAS Y NEURO.
4	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.2	ENTENDEMOS QUE SOLICITAN UN ADAPTADOR DE 3 MORDAZAS, EN ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR ADAPTADOR TIPO CHUCK ¼, MISMO QUE SOLICITAN EN EL PUNTO 2.8 ¿ES CORRECTA	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023**

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		NUESTRA APRECIACIÓN?	
5	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.5.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, EN EL ENTENDIDO QUE SE ESTA OFERTANDO UNA PIEZA DE MANO, EN LA QUE EL CONTROL DE VELOCIDAD SE PUEDE REALIZAR EN LA MISMA PIEZA DE MANO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES QUE EL NUMERAL 2.5.1 DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" SEA OPCIONAL.
6	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR AO, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
7	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR AO/TRINKLE, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" EN SU NUMERAL 2.7 SE REQUIERE: ADAPTADOR DE ANCLAJE RÁPIDO PARA FRESA TRIPLE DHS
8	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR ZIMMER/HUDSON, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
9	FICHAS TÉCNICAS	NUMERAL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN PARTIDAS TODAS DEBIDO A LA SITUACIÓN POR LA QUE ESTAMOS PASANDO A NIVEL MUNDIAL, EN DONDE SE ESTÁN VIENDO AFECTADOS TANTO LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS, ASÍ COMO LOS TIEMPOS DE TRANSPORTE DE LOS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIEN EL TIEMPO DE ENTREGA A 120 DÍAS HÁBILES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
10	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EQUIVALENTE O SUPERIOR, Y ASÍ NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, CADA PARTICIPANTE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS SIN SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO Y SIN SER OBLIGATORIAS PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, MISMAS QUE DEBERÁN SER PLENAMENTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			REFERENCIADAS Y SERÁN EVALUADAS POR EL ÁREA TÉCNICA CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO MÍNIMO REQUERIDO.
11	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS NO VIENEN DE FORMA TEXTUAL EN NUESTROS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR A TRAVÉS DE IMÁGENES QUE ESTÉN EN LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DE MANERA PLENA QUE SE CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN REQUERIDA.
12	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO NOS SEAN POSIBLE REFERENCIAR EN CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE SE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
13	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.10 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA DIVIDIDA EN CUATRO SECCIONES, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MESA, YA QUE SE PUEDE POSICIONAR AL PACIENTE DE MANERA FÁCIL Y SEGURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 1.10 SE REQUIERE: MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO SECCIONES.
14	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.10.3 PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MESA QUE PERMITA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA A TRAVÉS DE LA FUNCIÓN DE FLEX, LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 1.10.3 SE REQUIERE: CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.
15	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA)	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		PUNTO 1.10.3 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA QUE CUENTE CON UN SISTEMA PARA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA, SIN QUE LA SECCIÓN DE ESPALDA ESTE DIVIDIDA EN DOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	TÉCNICA. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 1.10.3 SE REQUIERE: CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.
16	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.10.3 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACCESORIO QUE COLOQUE AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 1.10.3 SE REQUIERE: CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.
17	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.1.7 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLGÍA Y DISEÑO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO LA FUNCIONALIDAD DEL ACCESORIO PERMITA LA TOMA DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS CÉDULAS TÉCNICAS DEL EQUIPO. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 2.1.7 SE REQUIERE: CHAROLA PORTA CHÁSIS DE 35 X 43 CM (14 X 17 PULGADAS). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).
18	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.1.7 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOPORTE PARA CHASIS CON FIJACIÓN AL RIEL LATERAL, CON LO CUAL SE ASEGURA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CHASIS PARA LA PLACA Y LA TOMA CORRECTA DE LA MISMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS CÉDULAS TÉCNICAS DEL EQUIPO. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 2.1.7 SE REQUIERE: CHAROLA PORTA CHÁSIS DE 35 X 43 CM (14 X 17 PULGADAS). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).
19	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.2.4 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE CON LA	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO EN ESTE SENTIDO DE IDEAS NO SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		EXTENSIÓN ORTOPÉDICA SE PUEDEN REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TIBIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 2.2.4 SE REQUIERE: DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).
20	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.2.5 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE CON LA EXTENSIÓN ORTOPÉDICA SE PUEDEN REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TIBIA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 2.2.5 SE REQUIERE: SOPORTE DE RODILLA PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).
21	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.3.1 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COJINES DE GEL O POLIURETANO DE DISTINTA MARCA DE LA MESA, YA QUE AL TRATARSE DE POSICIONADORES ÉSTOS SON UNIVERSALES Y COMPATIBLES CON DIFERENTES MARCAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
22	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.3.1 DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN POR LO MENOS UN COJÍN PARA EL PECHO Y ABDOMEN, UNO PARA LA CABEZA Y UNO PARA LOS PIES. ¿ES	SE HACE LA REITERACIÓN DE QUE EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 2.3.1 DEBE DE INCLUIR LOS COJINES NECESARIOS PARA PODER PROTEGER ESTRUCTURAS





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-CYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CORRECTA NUESTRA A APRECIACIÓN?	ÓSEAS Y REALIZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE EN DECÚBITO VENTRAL (BOCA ABAJO)
23	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.3.1 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MÁS ESPECÍFICO CON LA CANTIDAD Y QUE COJINES SON LOS QUE REQUIEREN. FAVOR DE ACLARAR.	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR.
24	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR SINÓNIMOS DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS, DADO QUE LOS EQUIPOS SON IMPORTADOS Y SUS DOCUMENTOS VIENEN TRADUCIDOS POR FABRICA, HAY CIERTAS PALABRAS QUE NO SON EXACTAMENTE COMO LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE COMPROBE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA.
25	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 1.9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE 1250RPM, DADO QUE SE HAN REALIZADO VARIOS ESTUDIOS EN DONDE AL REALIZAR PERFORACIONES DE MENOR DIÁMETRO CON UN UNA MENOR VELOCIDAD Y FUERZA, MEJORAN EL PERFORMANCE DE LOS HUESOS TRATADOS, ASÍ EVITANDO UN AUMENTO DE TEMPERATURA Y POR LO TANTO UN DAÑO IRREVERSIBLE DEL HUESO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" QUE EN SU NUMERAL 1.9 REQUIERE: VELOCIDAD NORMAL DE OPERACIÓN DE AL MENOS 10,000 RPM.
26	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 1.9	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE TIPO DE CIRUGÍAS REQUIEREN LA VELOCIDAD DE 10,000RPM?	SE ACLARA AL INTERESADO QUE CON EL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" SE REQUIERE UNA VELOCIDAD DE 10,000 RPM PARA EFECTUAR CIRUGÍA PERCUTÁNEA DE PIE, PERFORACIONES DE PLACAS Y NEURO.
27	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.2	ENTENDEMOS QUE SOLICITAN UN ADAPTADOR DE 3 MORDAZAS, EN ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR ADAPTADOR TIPO CHUCK ¼, MISMO QUE SOLICITAN EN EL PUNTO 2.8 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
28	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.5.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, EN EL ENTENDIDO QUE SE ESTA OFERTANDO UNA PIEZA DE MANO, EN LA QUE EL CONTROL DE VELOCIDAD SE PUEDE REALIZAR EN LA MISMA PIEZA DE MANO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES QUE EL NUMERAL 2.5.1 DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" SEA OPCIONAL.
29	CÉDULAS DE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.6	NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR AO, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
30	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR AO/TRINKLE, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" EN SU NUMERAL 2.7 SE REQUIERE: ADAPTADOR DE ANCLAJE RÁPIDO PARA FRESA TRIPLE DHS
31	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR ZIMMER/HUDSON, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
32	FICHAS TÉCNICAS	NUMERAL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN PARTIDAS TODAS DEBIDO A LA SITUACIÓN POR LA QUE ESTAMOS PASANDO A NIVEL MUNDIAL, EN DONDE SE ESTÁN VIENDO AFECTADOS TANTO LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS, ASÍ COMO LOS TIEMPOS DE TRANSPORTE DE LOS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIEN EL TIEMPO DE ENTREGA A 120 DÍAS HÁBILES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
33	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EQUIVALENTE O SUPERIOR, Y ASÍ NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, CADA PARTICIPANTE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS SIN SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO Y SIN SER OBLIGATORIAS PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, MISMAS QUE DEBERÁN SER PLENAMENTE REFERENCIADAS Y SERÁN EVALUADAS POR EL ÁREA TÉCNICA CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO MÍNIMO REQUERIDO.
34	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS NO VIENEN DE	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DE MANERA PLENA QUE SE CUMPLE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		FORMA TEXTUAL EN NUESTROS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR A TRAVÉS DE IMÁGENES QUE ESTÉN EN LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	CON LA ESPECIFICACIÓN REQUERIDA.
35	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO NOS SEAN POSIBLE REFERENCIAR EN CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE SE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
36	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.10 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA DIVIDIDA EN CUATRO SECCIONES, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MESA, YA QUE SE PUEDE POSICIONAR AL PACIENTE DE MANERA FÁCIL Y SEGURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 1.10 SE REQUIERE: MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO SECCIONES.
37	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.10.3 PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MESA QUE PERMITA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA A TRAVÉS DE LA FUNCIÓN DE FLEX, LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 1.10.3 SE REQUIERE: CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.
38	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.10.3 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA QUE CUENTE CON UN SISTEMA PARA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA, SIN QUE LA SECCIÓN DE ESPALDA ESTE DIVIDIDA EN DOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 1.10.3 SE REQUIERE: CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023**

**ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.**

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
39	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.10.3 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACCESORIO QUE COLOQUE AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 1.10.3 SE REQUIERE: CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.
40	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.1.7 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLGÍA Y DISEÑO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO LA FUNCIONALIDAD DEL ACCESORIO PERMITA LA TOMA DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS CÉDULAS TÉCNICAS DEL EQUIPO. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 2.1.7 SE REQUIERE: CHAROLA PORTA CHÁSIS DE 35 X 43 CM (14 X 17 PULGADAS). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).
41	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.1.7 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOPORTE PARA CHASIS CON FIJACIÓN AL RIEL LATERAL, CON LO CUAL SE ASEGURA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CHASIS PARA LA PLACA Y LA TOMA CORRECTA DE LA MISMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS CÉDULAS TÉCNICAS DEL EQUIPO. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 2.1.7 SE REQUIERE: CHAROLA PORTA CHÁSIS DE 35 X 43 CM (14 X 17 PULGADAS). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).
42	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.2.4 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE CON LA EXTENSIÓN ORTOPÉDICA SE PUEDEN REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TIBIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 2.2.4 SE REQUIERE: DISPOSITIVO DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			EXTENSIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).
43	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.2.5 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE CON LA EXTENSIÓN ORTOPÉDICA SE PUEDEN REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TIBIA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO. PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 2.2.5 SE REQUIERE: SOPORTE DE RODILLA PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).
44	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.3.1 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COJINES DE GEL O POLIURETANO DE DISTINTA MARCA DE LA MESA, YA QUE AL TRATARSE DE POSICIONADORES ÉSTOS SON UNIVERSALES Y COMPATIBLES CON DIFERENTES MARCAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
45	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.3.1 DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN POR LO MENOS UN COJÍN PARA EL PECHO Y ABDOMEN, UNO PARA LA CABEZA Y UNO PARA LOS PIES. ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	SE HACE LA REITERACIÓN DE QUE EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 2.3.1 DEBE DE INCLUIR LOS COJINES NECESARIOS PARA PODER PROTEGER ESTRUCTURAS ÓSEAS Y REALIZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE EN DECÚBITO VENTRAL (BOCA ABAJO)
46	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.3.1	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MÁS ESPECÍFICO CON LA CANTIDAD Y QUE COJINES SON LOS QUE REQUIEREN. FAVOR DE ACLARAR.	
47	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR SINÓNIMOS DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS, DADO QUE LOS EQUIPOS SON IMPORTADOS Y SUS DOCUMENTOS VIENEN TRADUCIDOS POR FABRICA, HAY CIERTAS PALABRAS QUE NO SON EXACTAMENTE COMO LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA.
48	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 1.9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE 1250RPM, DADO QUE SE HAN REALIZADO VARIOS ESTUDIOS EN DONDE AL REALIZAR PERFORACIONES DE MENOR DIÁMETRO CON UN UNA MENOR VELOCIDAD Y FUERZA, MEJORAN EL PERFORMANCE DE LOS HUESOS TRATADOS, ASÍ EVITANDO UN AUMENTO DE TEMPERATURA Y POR LO TANTO UN DAÑO IRREVERSIBLE DEL HUESO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" QUE EN SU NUMERAL 1.9 REQUIERE: VELOCIDAD NORMAL DE OPERACIÓN DE AL MENOS 10,000 RPM.
49	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 1.9	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE TIPO DE CIRUGÍAS REQUIEREN LA VELOCIDAD DE 10,000RPM?	SE ACLARA AL INTERESADO QUE CON EL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" SE REQUIERE UNA VELOCIDAD DE 10,000 RPM PARA EFECTUAR CIRUGÍA PERCUTÁNEA DE PIE, PERFORACIONES DE PLACAS Y NEURO.
50	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.2	ENTENDEMOS QUE SOLICITAN UN ADAPTADOR DE 3 MORDAZAS, EN ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR ADAPTADOR TIPO CHUCK ¼, MISMO QUE SOLICITAN EN EL PUNTO 2.8 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
51	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.5.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, EN EL ENTENDIDO QUE SE ESTA OFERTANDO UNA PIEZA DE MANO, EN LA QUE EL CONTROL DE VELOCIDAD SE PUEDE REALIZAR EN LA MISMA PIEZA DE MANO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES QUE EL NUMERAL 2.5.1 DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" SEA OPCIONAL.
52	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR AO, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
53	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR AO/TRINKLE, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" EN SU





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES			
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023			
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.			

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			NUMERAL 2.7 SE REQUIERE: ADAPTADOR DE ANCLAJE RÁPIDO PARA FRESA TRIPLE DHS
54	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR ZIMMER/HUDSON, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
55	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 190	NUMERAL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN DEBIDO A LA CRISIS A NIVEL MUNDIAL, EN QUE SE VE AFECTADA LA DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS, ASÍ COMO LOS TIEMPOS DE TRANSPORTE DE LOS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO EN GENERAL, SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DÍAS NATURALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

3.- SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	PARTIDA 194 INCUBADORA DE TRASLADO. PUNTO 3.4	PUNTO 3.4.- DICE: DOS (2) PIEZAS DE FILTROS PARA OXÍGENO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPO NO REQUIERE FILTROS PARA OXÍGENO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MARCAR ESTE PUNTO COMO NO APLICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES QUE EL NUMERAL 3.4 SEA OPCIONAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE NO LO REQUIERA LO CUAL DEBERÁ DE ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO.
2	ANEXO NÚMERO 1 BIS (UNO BIS) INCISO B	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE FALLO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
3	PARTIDA 194 INCUBADORA DE TRASLADO. PUNTO 1.5.11	PUNTO 1.5.11.- DICE: SILENCIO TEMPORAL DE ALARMAS. CON EL FIN DE QUE LA REFERENCIA SEA CLARA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA REFERENCIADO ESTE PUNTO COMO 1.5.12 YA QUE SE REPITE LA NUMERACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN LA PARTIDA 194. INCUBADORA DE TRASLADO, SE HACE LA SIGUIENTE PRECISIÓN: DICE: 1.5.11. SILENCIO TEMPORAL DE ALARMAS. DEBE DECIR: 1.5.12. SILENCIO TEMPORAL DE ALARMAS.

4.- OLYMPUS AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	5.1	5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS. SE LE PIDE A LA CONVOCANTE PERMITIR ENTREGAR EL ANEXO 2 COMO NO APLICA YA QUE MI REPRESENTADA NO VA A	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA. ¿SE ACEPTA?	
2	6	6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE QUE SE GENE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. INCISO C. SE LE PIDE A LA CONVOCANTE PERMITIR ENTREGAR EL ANEXO 4 Y 4 BIS COMO NO APLICA YA QUE MI REPRESENTADA NO OFERTA BIENES DE ORIGEN NACIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
3	6	6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE QUE SE GENE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. INCISO E. SE LE PIDE A LA CONVOCANTE PERMITIR ENTREGAR EL ANEXO 6 COMO NO APLICA YA QUE MI REPRESENTADA TIENE ESTRATIFICACIÓN COMO EMPRESA GRANDE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
4	6	6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE QUE SE GENE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. INCISO G. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS CON UN MÁXIMO DE EMISIÓN DE 3 DÍAS NATURALES ANTERIORES A FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	SE ACLARA QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 6. INCISO G, ÚNICAMENTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE LO INDICADO EN DICHO NUMERAL. LA OPINIÓN POSITIVA DEBERÁ SER PRESENTADA SÓLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO POR CADA CONTRATO Y CUYO MONTO EXCEDA DE \$300,000.00, (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA. "ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INFONAVIT."
5	6	6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE QUE SE GENE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. INCISO H. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SAT CON UN MÁXIMO DE EMISIÓN DE 3 DÍAS NATURALES ANTERIORES A FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	SE ACLARA QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 6. INCISO H, ÚNICAMENTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE LO INDICADO EN DICHO NUMERAL. LA OPINIÓN POSITIVA DEBERÁ SER PRESENTADA SÓLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO POR CADA CONTRATO Y CUYO MONTO EXCEDA DE \$300,000.00,





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			(TRESIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA. "ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INFONAVIT."
6	6	6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. INCISO I. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SAT CON UN MÁXIMO DE EMISIÓN DE 3 DÍAS NATURALES ANTERIORES A FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	SE ACLARA QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 6. INCISO I, ÚNICAMENTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE LO INDICADO EN DICHO NUMERAL. LA OPINIÓN POSITIVA DEBERÁ SER PRESENTADA SÓLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO POR CADA CONTRATO Y CUYO MONTO EXCEDA DE \$300,000.00, (TRESIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA. "ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INFONAVIT."
7	2.1	2.1 CALIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EL ANVERSO, REVERSO Y PÁGINAS DONDE SE ENCUENTREN LOS EQUIPOS OFERTADOS Y SI RESULTAMOS ADJUDICADOS NOS PERMITA ENTREGAR LOS REGISTROS COMPLETOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
8	2.1	2.1 CALIDAD EN CASO DE QUE LOS BIENES OFERTADOS POR MI REPRESENTADA NO REQUIERAN REGISTROS SANITARIOS, SE PUEDE PRESENTAR EL LISTADO DE LOS ACUERDOS PUBLICADO EN EL DOF DE FECHA 22/12/2014 Y 31/12/2011 EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ PERFECTAMENTE REFERENCIADO EN EL LISTADO DEL DOF EL NÚMERO DE PARTIDA DEL BIEN O PRODUCTO AL QUE PRETENDEN SOLVENTAR CON EL MISMO. DE CUALQUIER MODO, SE VERIFICARÁ QUE EN EFECTO EL BIEN O PRODUCTO REFERENCIADO, NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
9	2.1	2.1 CALIDAD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL FDA POR FAMILIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
10	2.1	2.1 CALIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS CARTAS 501(K) EXPEDIDAS POR EL FDA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE REITERA QUE DE ACUERDO CON EL NUMERAL 2.1 DE LA CONVOCATORIA EN SU INCISO II SOLICITA: CERTIFICADO FDA O CE O JIS O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN, PARA EL CASO DE BIENES DE IMPORTACIÓN.
11	2.1	2.1 CALIDAD. VIII. SOLICITAN PRESENTAR CATÁLOGOS, FOLLETOS DEL BIEN OFERTADO REFERENCIADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO LAS PÁGINAS DE LOS MANUALES O FOLLETOS DONDE SE REFERENCIARÁN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, Y SI RESULTAMOS ADJUDICADOS SE PRESENTARÁN COMPLETOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE PRECISA QUE EL NUMERAL 2.1 CALIDAD DE LAS BASES EN SU INCISO VIII. NO HACE MENCIÓN A LA SOLICITUD DE CATÁLOGOS O FOLLETOS DEL BIEN REFERENCIADO, NO OBSTANTE LO ANTERIOR SE ACLARA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁN DE INCLUIR LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y FOLLETOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA DE MANERA COMPLETA.
12	6.2	6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA. SOLICITAN QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR SE PRESENTE ESCRITO POR EL FABRICANTE. OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ES FILIAL DE LOS FABRICANTES OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION Y OLYMPUS WINTER & IBE CORP POR LO QUE ES REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LAS FÁBRICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL ESCRITO SOLICITADO PUEDA SER FIRMADO EN REPRESENTACIÓN DEL FABRICANTE POR UN REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO, DISTINTO AL QUE FIRMARÁ POR PARTE DEL LICITANTE, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LAS CARTA DE DISTRIBUCIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, EN EL ÚNICO CASO DE EXCEPCIÓN DE QUE EL LICITANTE SEA FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE.
13	PARTIDA 189	1.1 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA ÓPTICA PARA ADULTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN VIDEOBRONCOSCOPIO, EL CUAL CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS Y PRESENTA UNA MEJORA EN LA DEFINICIÓN DE LA IMAGEN, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA" QUE EN SU NUMERAL 1.1 SOLICITA: BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA ÓPTICA PARA ADULTO.
14	PARTIDA 189	1.2 CABEZAL DE CÁMARA, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTA UN VIDEOBRONCOSCOPIO, EL CUAL NO	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		REQUIERE DE UN CÁBEZAL DE CÁMARA YA QUE INTEGRA UN SENSOR DE IMAGEN EN LA PUNTA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
15	PARTIDA 189	1.3 OBJETIVO O ADAPTADOR DE VIDEO, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN VIDEOBRONCOSCOPIO EN LUGAR DE UN BRONCOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA EL CUAL BRINDA UNA MEJOR RESOLUCIÓN EN LA IMAGEN, Y EL CUAL YA INTEGRA LENTES OBJETIVOS DENTRO DEL BRONCOSCOPIO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO 13 DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.
16	PARTIDA 189	1.5 FUENTE DE LUZ LED CON DISPOSITIVO PARA COMPATIBILIDAD CON DISTINTAS MARCAS, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA FUENTE DE LUZ LED QUE ES COMPATIBLE CON ENDOSCOPIOS DE LA MARCA OFERTADA Y VIDEOBRONCOSCOPIO OFERTADO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA" QUE EN SU NUMERAL 1.5 SOLICITA: FUENTE DE LUZ LED (INDICAR MARCA Y MODELO), CON DISPOSITIVO PARA COMPATIBILIDAD CON DISTINTAS MARCAS.
17	PARTIDA 189	2.1.5 CON AL MENOS 4 RUEDAS NO CONDUCTIVAS, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA ESTACION DE TRABAJO CON 4 RUEDAS, 2 DE ELLAS ANTIESTÁTICAS CONDUCTIVAS Y 2 DE ELLAS NO ANTIESTÁTICAS NO CONDUCTIVAS, PARA SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EVITAR DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA" QUE EN SU NUMERAL 2.1.5 SOLICITA: CON AL MENOS 4 RUEDAS NO CONDUCTIVAS.
18	PARTIDA 189	2.1.7 4 ENTREPAÑOS CON ALTURA AJUSTABLE, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA ESTACIÓN DE TRABAJO DISEÑADA PARA EL USO DE EQUIPO DE ENDOSCOPIA QUE CUENTE CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 DE ELLOS SEAN AJUSTABLES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA" QUE EN SU NUMERAL 2.1.7 SOLICITA: 4 ENTREPAÑOS CON ALTURA AJUSTABLE
19	PARTIDA 189	2.4 IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, CALIDAD FOTOGRÁFICA, CON CONECTIVIDAD USB PARA IMPRESIÓN, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTAR ESTOS ACCESORIOS YA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS ACCESORIOS REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA".
20	PARTIDA 189	2.5.2 AL MENOS UNA PINZA PARA EXTRACCIÓN DE	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CUERPO EXTRAÑO, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTAR ESTOS ACCESORIOS YA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	MOMENTO BUSCA LIMITAR LA COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS ACCESORIOS REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA".
21	PARTIDA 189	2.6 CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE AL MENOS 1.6 MM DE DIÁMETRO Y 1800 MM DE LONGITUD, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTAR ESTOS ACCESORIOS YA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS ACCESORIOS REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA".
22	PARTIDA 189	2.7 ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDA Y ESTERILIZACIÓN DEL EQUIPO Y DEL INSTRUMENTAL, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTAR ESTOS ACCESORIOS YA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS ACCESORIOS REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA".
23	PARTIDA 189	3.4 AL MENOS VEINTE TRAMPAS DESECHABLES PARA COLECTAR ESPECÍMENES, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTAR ESTOS ACCESORIOS YA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA".



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-CYR-050GYR011-T-213-2023**

**ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.**

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
24	PARTIDA 189	3.5 AL MENOS VEINTE CONTENEDORES DESECHABLES DE LÍQUIDOS, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTAR ESTOS ACCESORIOS YA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA".
25	PARTIDA 189	3.6 AL MENOS DOS CARTUCHOS DE TINTA A COLOR PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA OFERTADA, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTAR ESTOS ACCESORIOS YA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA".
26	PARTIDA 189	3.7 AL MENOS DOS CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA OFERTADA, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTAR ESTOS ACCESORIOS YA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA".
27	PARTIDA 189	3.8 PAPEL PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, CALIDAD FOTOGRÁFICA (500 HOJAS), SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTAR ESTOS ACCESORIOS YA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA".





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
28	PARTIDA 189	3.9 AL MENOS TRES MEMORIAS USB DE 8GB DE ALMACENAMIENTO O MAYOR, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTAR ESTOS ACCESORIOS YA QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y PARA NO LIMITAR LA COMPETENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	OPTICA". ESTA CONVOCANTE EN NINGÚN MOMENTO BUSCA LIMITAR LA COMPETENCIA, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL INSTITUTO. EN ESTE SENTIDO DE IDEAS, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "BRONCSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA".

5.- B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.

No	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	ANEXO NÚMERO 1 BIS (UNO BIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO NÚMERO 1 BIS (UNO BIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES, B. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO, INDICANDO EN SU CASO, EL CALENDARIO CON PROGRAMA Y CONDICIONES DE ENTREGAS QUE CORRESPONDA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE EL AMPLIAR LOS PLAZOS DE ENTREGA, YA QUE 20 DÍAS ES UN PLAZO MÍNIMO PARA EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE IMPORTACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
2	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750, CÉDULA DERMATOMO EQUIPO PARA TOMAR INJERTO DE PIEL DE MILESIMAS DE PULGADA, PUNTO 1.2.1. CON UN RANGO DE CORTE DE 0.00MM A 1.2 MM O MAYOR (0.000 A 0.047): SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTES NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON TOMA DE INJERT DE 0.2 A 1.2 MM CON INTERVALOS DE 1/10, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
3	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750, CÉDULA DERMATOMO EQUIPO PARA TOMAR INJERTO DE PIEL DE MILESIMAS DE PULGADA, PUNTO 1.5 CON MOTOR ELÉCTRICO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO POR BATERÍAS O POR CABLE A CONSOLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DERMATOMO CON FUNCIÓN A BASE DE ACUMULADOR, ¿SE ACEPTA?	EL INTERESADO PUEDE REALIZAR SU OFERTA CON CARACTERÍSTICAS Y/O DESCRIPCIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE, DE LAS CUALES EL ÁREA TÉCNICA EVALUADORA REVISARÁ SI LO OFERTADO ES SIMILIAR Y/O SUPERIOR A LO MÍNIMO REQUERIDO EN LA CÉDULA TÉCNICA.
4	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750, CÉDULA DERMATOMO EQUIPO PARA TOMAR INJERTO DE PIEL DE MILESIMAS DE PULGADA, PUNTO 1.6.1 PESO NO MÍNIMO DE 1 KG MAYOR, INCLUYENDO LA BATERÍA	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
	283 0200 01 01, PREI: 11750	EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA LO REQUIERA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DERMATOMO CON UN PESO DE 1.7 KG. ¿SE ACEPTA?	
5	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750, CÉDULA DERMATOMO EQUIPO PARA TOMAR INJERTO DE PIEL DE MILESIMAS DE PULGADA, PUNTO 1.11 CON CAPACIDAD DE GRADUAR EL ANCHO DEL INJERTO: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CÁBEZAL ÚNICO CON CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE ANCHO DEL CORTE POR MEDIO DE LENGÜETAS DE 8 MM CADA UNA OBTENIENDO UN CORTE MÁXIMO DE 78 MM, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
6	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750, CÉDULA DERMATOMO EQUIPO PARA TOMAR INJERTO DE PIEL DE MILESIMAS DE PULGADA, PUNTO 2.1 CONTENEDOR DE ALUMINIO O DE ACERO INOXIDABLE PARA EL DERMATOMO: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONTENEDOR DE ALUMINIO CON SISTEMA ECCOS QUE PUEDE SER ESTERILIZADO EN EL MÉTODO DE VACÍO FRACCIONADO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTARDO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
7	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750, CÉDULA DERMATOMO EQUIPO PARA TOMAR INJERTO DE PIEL DE MILESIMAS DE PULGADA, PUNTO 2.2 MALLADOR PARA MALLADO DE INJERTOS DE PIEL: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE OPCIONAL EL QUE SE OFERTE ESTE PUNTO TODA VEZ QUE ESTE ACCESORIO ES INDEPENDIENTE DE LA TECNOLOGÍA DEL DERMATOMO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS ACCESORIOS REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "DERMATOMO"
8	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750, CÉDULA DERMATOMO EQUIPO PARA TOMAR INJERTO DE PIEL DE MILESIMAS DE PULGADA, PUNTO 3.2 DOS (2) HOJAS Y ESTERILIZABLES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR HOJAS INTERCAMBIABLES DE UN SOLO USO, ¿SE ACEPTA? CON LA FINALIDAD DE PODER CONTAR CON LA GARANTIA DE EVITAR RIESGOS NOSOCOMIALES EN PACIENTES	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE OFERTAR LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO
9	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750, CÉDULA DERMATOMO EQUIPO PARA TOMAR INJERTO DE PIEL DE MILESIMAS DE PULGADA, PUNTO 3.6 VEINTE (20) PLANTILLAS PARA ESTIRAR INJERTOS DE PIEL, COMPATIBLES CON EL MALLADOR OFERTADO DE 3.1: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLANTILLAS PARA ESTIRAR INJERTOS DE 1.3. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
10	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01,	EQUIPO MÉDICO, PARTIDA: 191, CLAVE: SAI 531 283 0200 01 01, PREI: 11750, CÉDULA DERMATOMO EQUIPO PARA TOMAR INJERTO DE PIEL DE MILESIMAS DE PULGADA, PUNTO 3.7 VEINTE (20) PLANTILLAS PARA ESTIRAR INJERTOS DE PIEL, COMPATIBLES CON EL MALLADOR OFERTADO DE 6.1: SE	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.	

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
	PREI: 11750	SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLANTILLAS PARA ESTIRAR INJERTOS DE 1/6. ¿SE ACEPTA?	

6.- GRUPO REINET, S.A. DE C.V.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	PARTIDA 190	PARTIDA: CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE PARTIDA: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL NUMERO DE PARTIDA QUE CORRESPONDE A LA "CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE" Y A LA "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA)" YA QUE EN EL ANEXO TÉCNICO VIENEN CON LOS NUMERO 2 Y 10 RESPECTIVAMENTE, SIENDO DIFERENTE A LO DESCRITO EN LA BASE CONVOCATORIA (190 Y 198 RESPECTIVAMENTE).	SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LOS NUMERALES DE LAS PARTIDAS SON LOS SIGUIENTES: PARTIDA 190: CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE PARTIDA 198: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA)
2	PARTIDA 190	PARTIDA 190 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE PUNTO: 1.5 SUPERFICIE DE LA CAMILLA RÍGIDA PREGUNTA: SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR UNA CAMILLA RÍGIDA DE 4 SECCIONES CON AJUSTE EN EL ÁREA DE PIERNAS YA QUE DE ESTA MANERA SE PODRÍA POSICIONAR AL PACIENTE DE UNA FORMA MÁS ADECUADA COMO POR EJEMPLO LA POSICIÓN DE SILLA CARDIACA PARA CASOS DE ARRITMIAS Y DIFICULTADES RESPIRATORIAS, ADEMÁS DE OFRECER UN FÁCIL ACCESO AL PORTA CHASIS DESDE LA CABECERA Y DESDE LA SECCIÓN DE PIERNAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
3	PARTIDA 190	PARTIDA 190 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE PUNTO: 1.9 PORTA CHASIS A TODO LO LARGO DE LA CAMILLA CON SISTEMA DE SUJECIÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO PLACA PORTACHASIS DESLIZABLE A LO LARGO DE TODO EL LECHO MOVIENDO LA PALANCA SEÑALADA HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS HASTA SITUARLA EN EL LUGAR DESEADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO REQUERIDO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE QUE EN SU NUMERAL 1.9 SOLICITA: PORTA CHASIS A TODO LO LARGO DE LA CAMILLA CON SISTEMA DE SUJECIÓN.
4	PARTIDA 190	PARTIDA 190 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE PUNTO: 1.12 COLCHÓN DE POLIURETANO DE 6 CM DE ESPESOR COMO MÍNIMO PREGUNTA: SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLICITE UN COLCHÓN DE POLIURETANO DE AL MENOS 10 CM DE ESPESOR PARA BRINDAR UN MEJOR SOPORTE AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
5	PARTIDA 198	PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023**

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		(PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.3 QUE SOPORTE UN PESO DE 220 KG O MAYOR. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y NO LIMITAR EL USO DEL EQUIPO A PACIENTES BARIÁTRICOS, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITE UN SOPORTE DE PESO DE 450 KG O MAYOR, YA QUE ADEMÁS DEL PESO DEL PACIENTE LA MESA QUIRÚRGICA DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR EL PESO DE LOS ACCESORIOS Y EN CASO DE SER NECESARIO LA CARGA POR UN PROCEDIMIENTO DE RCP. ¿SE ACEPTA?	PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
6	PARTIDA 198	PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.4 CON SISTEMA DE FRENOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO EL SISTEMA DE FRENOS DEBERÁ SER ACCIONADO DESDE EL CONTROL DE MANO Y DESDE EL CONTROL EN LA COLUMNA. ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE APEGARSE A LO ESPECIFICADO EN CÉDULA TÉCNICA.
7	PARTIDA 198	PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.4 CON SISTEMA DE FRENOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN SISTEMA DE FRENO CENTRAL YA QUE ASÍ ES COMO LO SEÑALA EL FABRICANTE EN SU MANUAL Y NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
8	PARTIDA 198	PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.10.3.- ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN, PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, AL SOLICITAR UNA MESA DE 5 SECCIONES, ESTE PUNTO SE REFIERE A LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA Y NO A LA POSICIÓN DE NAVAJA SEVILLANA O FLEX. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 1.10.3 SE REQUIERE: CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.
9	PARTIDA 198	PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.10.3.- ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN, PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, AL SOLICITAR UNA MESA ELECTROHIDRÁULICA, LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA DEBERÁ REALIZARSE POR MEDIO DE CONTROL DE MANO Y SISTEMA DE PANEL DE COLUMNA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA QUE PARA EL EQUIPO "MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN SU NUMERAL 1.10.3 SE REQUIERE: CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.
10	PARTIDA 198	PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.12 MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS CON CONTROL REMOTO O DE MANO ALÁMBRICO PARA: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR LA	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE EL POSICIONAMIENTO DE LA MESA EN EL QUIRÓFANO, EL CONTROL CUENTE CON UN DISPLAY O PANTALLA EL CUAL INDIQUE EL MOVIMIENTO SIMULTÁNEO QUE SE ESTÁ ACCIONANDO EN EL MISMO Y DE ESTA MANERA EVITAR MOVIMIENTOS NO DESEADOS QUE PUDIERAN CAUSAR ALGÚN ACCIDENTE. ¿SE ACEPTA?	
11	PARTIDA 198	PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.13.1 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR (HACIA LA SECCIÓN DE LA CABECERA) O, 1.13.2 CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PUEDE OFERTAR EL PUNTO 1.13.1 Ó 1.13.2. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PODRÁ OFERTAR EL NUMERAL 1.13.1 O EL NUMERAL 1.13.2
12	PARTIDA 198	PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.14. SISTEMA DE EMERGENCIA, POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA, QUE ACTIVE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE, Y/O 1.14.1 SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR EL PUNTO 1.14 Y/O 1.14.1 ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA QUE AMBOS NUMERALES SE REFIEREN A CARACTERÍSTICAS DIFERENTES, POR LO CUAL DEBEN DE SER SOLVENTADAS AMBAS.
13	PARTIDA 198	PARTIDA 198 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: TODOS LOS PUNTOS PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.	SE PRECISA QUE SU PLANTEAMIENTO NO ES CLARO, DEJANDO EN INCERTIDUMBRE A ESTA ÁREA RESPECTO A LA DUDA, NO OBSTANTE LO ANTERIOR SE SOLICITA PRECISE SU DUDA Y LA ASOCIE CON UN PUNTO ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA.

7.- PRO OMNIMEDIC, S.A. DE C.V.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR SINÓNIMOS DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS, DADO QUE LOS EQUIPOS SON IMPORTADOS Y SUS DOCUMENTOS VIENEN TRADUCIDOS POR FABRICA, HAY CIERTAS PALABRAS QUE NO SON EXACTAMENTE COMO LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE COMPROBE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA.
2	CÉDULAS DE	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA	SE PUNTUALIZA QUE LA PREGUNTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 1.9	NEGATIVA ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE TIPO DE CIRUGÍAS REQUIEREN LA VELOCIDAD DE 10,000RPM?	ANTERIOR NO GUARDA RELACIÓN CON EL PLANTEAMIENTO DE LA PRESENTE PREGUNTA, NO OBSTANTE LO ANTERIOR SE ACLARA AL INTERESADO QUE CON EL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" SE REQUIERE UNA VELOCIDAD DE 10,000 RPM PARA EFECTUAR CIRUGÍA PERCUTÁNEA DE PIE, PERFORACIONES DE PLACAS Y NEURO.
3	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR AO, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
4	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR AO/TRINKLE, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" EN SU NUMERAL 2.7 SE REQUIERE: ADAPTADOR DE ANCLAJE RÁPIDO PARA FRESA TRIPLE DHS
5	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ADAPTADOR ZIMMER/HUDSON, QUE ES COMO EL FABRICANTE LO REFIERE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
6	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 1.9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE 1250RPM, DADO QUE SE HAN REALIZADO VARIOS ESTUDIOS EN DONDE AL REALIZAR PERFORACIONES DE MENOR DIÁMETRO CON UN UNA MENOR VELOCIDAD Y FUERZA, MEJORAN EL PERFORMANCE DE LOS HUESOS TRATADOS, ASÍ EVITANDO UN AUMENTO DE TEMPERATURA Y POR LO TANTO UN DAÑO IRREVERSIBLE DEL HUESO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" QUE EN SU NUMERAL 1.9 REQUIERE: VELOCIDAD NORMAL DE OPERACIÓN DE AL MENOS 10,000 RPM.
7	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.2	"ENTENDEMOS QUE SOLICITAN UN ADAPTADOR DE 3 MORDAZAS, EN ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR ADAPTADOR TIPO CHUCK ¼, MISMO QUE SOLICITAN EN EL PUNTO 2.8 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
8	CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / PARTIDA 188 / PUNTO 2.5.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, EN EL ENTENDIDO QUE SE ESTA OFERTANDO UNA PIEZA DE MANO, EN LA QUE EL CONTROL DE VELOCIDAD SE PUEDE REALIZAR EN LA MISMA PIEZA DE MANO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES QUE EL NUMERAL 2.5.1 DEL EQUIPO "ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA (MACRO CIRUGÍA)" SEA OPCIONAL.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023**

**ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.**

8.- KOOLFER, S.A. DE C.V.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	ANEXO 1 NUMERO 1 BISW TERMINOS Y CONDICIONES	6.- EN EL ANEXO NÚMERO 1 BIS (UNO BIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO B, INDICAN QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES DE 20 DÍAS. ¿SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE LOS EQUIPOS SEAN ENTREGADOS EN UN PLAZO DE 45 DÍAS PARA LA ENTREGA DEBIDO A LOS TIEMPOS DE IMPORTACIÓN QUE SE TIENEN AL SER BIENES DE IMPORTACIÓN, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
2	PUNTO 1.2.1.3	1.- EN EL PUNTO 1.2.1.3 QUE DICE CAPACIDAD DE INCREMENTAR O DISMINUIR LA TEMPERATURA DEL AGUA CON: 1.2.1.3.2 SISTEMA DE CALENTAMIENTO. Y 1.2.1.3.2 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO QUE NO DAÑE LA CAPA DE OZONO, SE DEBE CONSIDERAR QUE EL SISTEMA TENGA LA CAPACIDAD DE AUMENTAR O DISMINUIR LA TEMPERATURA DEL AGUA DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS: MANUAL, AUTOMÁTICO, GRADIENTE 10C, GRADIENTE VARIABLE Y MODO INTELIGENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE EL EQUIPO DEBE DE CONTAR CON ESOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO, PARA MEJOR CONTROL DE LA TEMPERATURA DE LOS PACIENTES A SER ATENDIDOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
3	PUNTO 1.6	2.- EN EL PUNTO 1.6 DICE TUBOS DE CONEXIÓN HEMBRA Y MACHO. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE DE TENER 3 CONEXIONES 3 CONEXIONES MACHO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	LA REDACCIÓN DE LA PREGUNTA NO PERMITE A ESTA ÁREA DETERMINAR CON PRECISIÓN QUÉ ES LO QUE SE PROPONE POR PARTE DEL INTERESADO, NO OBSTANTE SE ACLARA QUE DEBE DE APEGARSE A LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "UNIDAD TERMORREGULADORA" QUE EN SU NUMERAL 1.6 SOLICITA: TUBOS CON CONEXIONES HEMBRA Y MACHO.
4	1.5	3.- EN EL PUNTO 1.5 DICE CON DEPÓSITO DE AGUA DESTILADA, ENTENDEMOS QUE LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DEBE DE SER DE 7.5 LTS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA AL INTERESADO QUE LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO "UNIDAD TERMORREGULADORA" QUE EN SU NUMERAL 1.5 NO HACE MENCIÓN AL DEPÓSITO DE AGUA, NO OBSTANTE LO ANTERIOR EN CASO DE QUE SE REFIERA AL NUMERAL 1.4 EL CUAL SOLICITA: CON DEPÓSITO DE AGUA DESTILADA, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
5	PUNTO 2.2	4.- EN EL PUNTO 2.2 SOLICITAN LICENCIA SANITARIA (SOLO FABRICANTES), AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE SANITARIO Y AVISO DE FUNCIONAMIENTO, CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SE ACLARA AL INTERESADO QUE LOS REQUISITOS REFERENTES A CALIDAD SE ENCUENTRAN DENTRO DEL NUMERAL 2.1 INCISO V. DE LAS BASES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		Y CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR DEL FABRICANTE QUE MANIFIESTE QUE LOS EQUIPOS A ENTREGARSE SERÁN NUEVOS. SE SOLICITA SE INCLUYA QUE EL DISTRIBUIDOR CUENTE CON CERTIFICADO ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 E ISO 45001-2018, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	DE LA CONVOCATORIA.
6	PUNTO 6.1	5.- PUNTO 6.1 FRACCIÓN IV SOLICITAN OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL SAT, IMSS E INFONAVIT, POSITIVAS. CON LA FINALIDAD DE PODER SUBIR A LA PLATAFORMA LA PROPUESTA CON UN POCO DE ANTICIPACIÓN, SE ACEPTA QUE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO SEAN DE DOS DÍAS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EN EL NUMERAL 6.1 FRACCIÓN IV DE LA CONVOCATORIA SE SOLICITA "IV. COPIA SIMPLE DE PODER DONDE CONSTEN LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE, EN SU CASO". SIN EMBARGO, ES PERTINENTE ACLARAR QUE LAS OPINIONES POSITIVAS DEBERÁN SER PRESENTADAS SÓLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO POR CADA CONTRATO Y CUYO MONTO EXCEDA DE \$300,000.00, (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA: "ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INFONAVIT."

9.- INNOVACION MÉDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	PARTIDA NO. 199, OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL)	PUNTO 1.2.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EL PESO MÁXIMO DEL EQUIPO SEA MENOR A 1,36 KG., SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). LO ANTERIOR PERMITE LA FÁCIL MANIPULACIÓN DEL EQUIPO Y NO INTERFIERE EN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SU FUNCIÓN DE REALIZAR LA MEDICIÓN DE TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL DE MANERA EXITOSA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES QUE EL PESO DEL EQUIPO SEA NO MAYOR A 1.5 KG INCLUYENDO LA BATERÍA, SITUACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LOS DICTAMINADORES TÉCNICOS A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS PRESENTADOS POR EL PROVEEDOR.
2	PARTIDA NO. 199, OXIMETRO DE PULSO	PUNTO 1.3.10 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR LA BATERÍA TENGA UNA	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023

ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
	PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL)	DURACIÓN DE AL MENOS 7 HORAS, QUE PERMITA UN MAYOR USO DEL EQUIPO Y AYUDA A REALIZAR MAYORES PRUEBAS DE TAMIZ CARDIACO CON EL EQUIPO MÓVIL. ¿SE ACEPTA?	PARTICIPANTES.
3	PARTIDA NO. 199, OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL)	PUNTO 1.3.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE ABARCA EL RANGO PARA MEDICIÓN DE SPO2 DE 0 A 100%, ESTO PROPORCIONA MAYOR RANGO DE LECTURA, SIN AFECTAR LA PRECISIÓN Y EXACTITUD. ASÍ MISMO NO AFECTA EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
4	PARTIDA NO. 199, OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL)	PUNTO 1.3.6 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR POR MAYOR TIEMPO LA MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE PARA UN ANÁLISIS DETALLADO, SOLICITAR LA MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS Y TENDENCIAS SEA DE AL MENOS 96 HORAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
5	PARTIDA NO. 199, OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL)	PUNTO 2.1 DERIVADO A QUE SE ESTÁ SOLICITANDO UNA BASE CON RUEDAS PARA MOVILIZAR EL EQUIPO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE AL ESTAR EL OXÍMETRO DE PULSO PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL MONTADO EN UNA BASE RODABLE PARA SU USO Y MOVILIDAD NO SERÍA EMPLEADO UN ESTUCHE PARA SU GUARDA. LO ANTERIOR NO AFECTA EN EL BUEN USO Y FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
6	PARTIDA NO. 199, OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL)	PUNTO 3.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LOS SENSORES DESECHABLES DEBEN DE SER PARA PACIENTE CON PESO MENOR A 3 KG Y MAYOR A 40 KG, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL DIÁMETRO DEL DEDO DE PACIENTES CON PESO MENOR A 3 KG Y MAYOR A 40 KG SE PUEDE EMPLEAR SENSOR MULTISITIO CON LA MISMA LONGITUD, DONDE SE POSICIONAN EN LA MISMA DIRECCIÓN EL EMISOR Y DETECTOR, VARIANDO LA CANTIDAD DE VUELTAS EN LA MANO/PIE Y DEDO DEL PACIENTE PARA EL AJUSTE CORRECTO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN EL NUMERAL 3.1 DE LA CÉDULA TÉCNICA DEL EQUIPO OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL) SE SOLICITA: SENSORES PARA PACIENTES CON PESO MAYOR DE 3KG Y MENOR A 40 KG.

10.- COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, S.A. DE C.V.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	PARTIDA 192 (PUNTO 3.4)	EN ESTE PUNTO SE SOLICITA UNA PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA DE 19CM, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE $\pm 10\%$ ¿SE ACEPTA?	
2	ANEXO NÚMERO 1 BIS (UNO BIS); TÉRMINOS Y CONDICIONES PUNTO B	TIEMPO DE ENTREGA 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE LA EMISIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGA EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 60 DÍAS POSTERIORES AL FALLO, YA QUE LOS EQUIPOS DE NUESTRA PROPUESTA SON DE RECIENTE FABRICACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
3	PARTIDA 192 (PUNTO 3.2)	EN ESTE PUNTO SOLICITAN ELECTRODOS CON LONGITUD DE 25 A 30MM, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE TODA VEZ ENTENDIENDO QUE SON ELECTRODOS ESPECÍFICOS PARA USO DENTAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por CompraNet las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **18 horas** contado a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto.

Una vez vencido el referido plazo otorgado, se procederá a la reanudación de la presente Junta de Aclaraciones, y en caso de ser formuladas preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos, se darán a conocer las respuestas a las preguntas (repreguntas) recibidas, en el citado acto de reanudación, el cual en razón de la hora de la transmisión de la presente acta, se realizará a las 09:00 horas del día 16 de octubre de 2023.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127-B, de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, en donde se fijará una copia del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo **las 16:00 horas del día 13 de octubre de 2023**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de 33 (treinta y tres) fojas útiles.

-----FIN DE TEXTO-----

POR LOS LICITANTES:

SIN ASISTENCIA. (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. RICARDO RAMÓN ROCHE BAUTISTA	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ.	JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. CLAUDIA IVETTE ROSADO BASULTO	N47 LÍDER DE PROYECTO.	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES		
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-213-2023		
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y NEUROLOGÍA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2023.		

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
I.B. MARIO ANDRÉS ALVARADO NAVA	COORDINADOR DE INGENIERÍA BIOMÉDICA	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SIN ASISTENCIA

----- FIN DEL ACTA -----

