

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

PREGUNTA RELACIONADA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
Punto 2.1.5.1 (Plazo y lugar de entrega). Preguntas 1 y 14 de Baxter y Laboratorios Pisa respectivamente.	BAXTER S.A. DE C.V.	1. En la respuesta a las preguntas 1 y 14 de Baxter y Laboratorios Pisa respectivamente, se señala que no se acepta la propuesta y que todos los pacientes deben tener sus bolsas de diálisis en una tarima funcional. Ahora bien, en tanto ningún proveedor se encuentra obligado a lo imposible, se entiende que es obligación del proveedor adjudicado ofrecer la tarima y, en caso de que el paciente se niegue a su aceptación, se solicita a esa H. Autoridad confirmar entonces que el proveedor deberá informar al administrador del contrato sobre la situación particular correspondiente respecto de la negativa del paciente de recibir dicha tarima.	Es correcto, en el supuesto que indica, deberá informar al administrador del contrato sobre la situación particular correspondiente.		CPIM
Anexo T.4 A (T. CUATRO A) (Descripción de las claves que se requieren para la atención de pacientes de diálisis peritoneal continua ambulatoria). Pregunta 6 de Baxter.	BAXTER S.A. DE C.V.	2. Debido a que no existe un requerimiento de bolsas por concentración (como se señala en la respuesta a la pregunta 6 de Baxter), entonces se solicita aclarar si es correcto entender que es posible que el proveedor adjudicado entregue cualquier presentación de bolsas de diálisis solicitada por las Unidades Hospitalarias en el entendido de que no se deberá rebasar el monto máximo del contrato.	Se aclara que la cantidad de las concentraciones de las bolsas, serán de acuerdo a la solicitud de los médicos de Unidades Médicas, con base en el requerimiento total solicitado.		CPIM
Punto 2.3 (Precio máximo de referencia). Pregunta 12 de Baxter	BAXTER S.A. DE C.V.	3. En la respuesta a la pregunta 12 de Baxter en relación con la solicitud de que el precio máximo de referencia observe la inflación años atrás, solamente se indica que se realizó un estudio de mercado y que se consideró la inflación proyectada por el Banco de México, no obstante ello, no se responde en la pregunta directamente a tal petición. En la especie, el artículo 29, fracción III del Reglamento de la LAASSP establece que la investigación de mercado tiene como propósito conocer el precio "prevaleciente" de los bienes al momento de la investigación, por lo que se solicita aclarar que la inflación que se dice fue considerada partió precisamente del precio "prevaleciente" y que éste es el precio que	La respuesta dada a la pregunta señalada, en su segundo párrafo refiere " <i>La investigación de mercado realizada para el presente procedimiento, fue efectuada en cumplimiento con lo señalado en la LAASSP y su Reglamento y considera la inflación proyectada por el Banco de México para los ejercicios fiscales para los cuales se están adquiriendo los bienes objeto de esta licitación.</i> "		DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

PREGUNTA RELACIONADA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		corresponde a la mayoría de los precios o mediana de los mismos observados en el mercado a los cuales se adicionó la inflación y de no ser así, se solicita que el precio de referencia sea aquél que resulte de la mediana de todos los precios prevalecientes en el mercado actual adicionando el factor inflacionario.	Por otro lado, en la legislación aplicable en la materia, no se establece una metodología para el cálculo del Precio Máximo de Referencia (PMR), por lo que el mismo fue determinado en la investigación de Mercado con base en la metodología propia del Instituto. Es de resaltar que para el presente procedimiento, dado que se parte de un PMR, no se utiliza la Mediana de Precios de Mercado, ya que ésta es para otro tipo de contratación.		
Punto 2.8 (Fuentes de Abasto). Preguntas números 17, 18 y 19 de Baxter y 21 y 22 de Laboratorios Pisa.	BAXTER S.A. DE C.V.	4. En relación con las respuestas a las preguntas números 17, 18 y 19 de Baxter y 21 y 22 de Laboratorios Pisa se aclara que deberá remitirse a la precisión número A 3. Al remitirse a la Aclaración A3 se modifican los porcentajes de las dos fuentes de abastecimiento en 70% y 30% respectivamente y se elimina la referencia a una sólo fuente de abasto al 100%. En tal sentido, se solicita confirmar que en términos del artículo 59 fracciones III y V del Reglamento de la LAASSP se permitirá al licitante adjudicado determinar si aceptará o no la segunda fuente de abastecimiento en 30%, es decir, que sea voluntaria la aceptación o no del 30% que en su caso no fuese asignado en una primer instancia, ello con la finalidad de no limitar la libre concurrencia y participación al mercado.	De conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 59 del Reglamento de la LAASSP, " <i>V. Si alguna cantidad queda pendiente de asignación, según se precise en la convocatoria a la licitación pública, se podrá asignar al proveedor seleccionado en primer lugar y en caso de que éste no acepte, se podrá adjudicar el contrato respectivo al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio no sea superior al porcentaje señalado en la convocatoria a la licitación pública, el cual no podrá exceder el porcentaje indicado en la fracción I de este artículo, y en caso de no aceptar, se declarará desierta y se procederá a efectuar otro procedimiento de contratación</i>		DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

PREGUNTA RELACIONADA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<i>sólo por dicha cantidad."</i>		
Punto 2.1.3 (Calidad). pregunta 22 de Baxter.	BAXTER S.A. DE C.V.	5. En la respuesta a la pregunta 22 de Baxter se responde que sí podrá ofertarse más de una marca de las diferentes claves de bolsas de diálisis siempre que se utilice un sistema de conexión compatible con éstas, presentando para tal efecto en la propuesta técnica los registros sanitarios de los insumos de diferentes marcas que se oferte. Al respecto, se solicita a esa H. Autoridad confirmar que será posible presentar más de una marca siempre y cuando cada una sea compatible con su propio sistema de conexión.	Se confirma, será posible en la propuesta técnica presentar más de una marca siempre y cuando cada una sea compatible con su propio sistema de conexión ofertado y además durante la vigencia del contrato podrá proponer a las Delegaciones / UMAE alguna nueva marca de bolsa de diálisis, cumpliendo con todos los documentos solicitados en la presente convocatoria, la evaluación y aceptación será por parte del administrador del contrato.		CPIM
2.1.5.1 (Plazo y lugar de Entrega y 2.1.5.2 Condiciones de entrega y Anexo T.4.1 FIP-01 y T.5.1 MPDP-01). Pregunta 16 de Laboratorios Pisa.	BAXTER S.A. DE C.V.	6. En respuesta a la pregunta 16 de Laboratorios Pisa, favor de confirmar que al remitir a la aclaración T.4 existirán dos formatos, el FIP-01 para familiar y el MDP01 para vecino autorizado tal y como se establece en la aclaración realizada por la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica a fojas 3 del acta de junta de aclaraciones.	No es correcto, se remite a los formatos, el FIP-01, el MDP01 y en caso de ser necesario en el CE-01/ CR-01 "constancia entrega-recepción"		CPIM
A.4 (Presentación y apertura de proposiciones).	BAXTER S.A. DE C.V.	7. A.4 (Presentación y apertura de proposiciones). La aclaración A.4 se refiere a la presentación y apertura de proposiciones, sin embargo, tomando en consideración que la junta de aclaraciones fue diferida en dos ocasiones y que en su celebración (que continúa abierta) se han realizado cambios importantes para la preparación de la propuesta, además de que se trata de una nueva modalidad de contratación que exige una mayor preparación en los requisitos para presentar debidamente las propuestas, por lo que respetuosamente se solicita que en términos del artículo 33 Bis de la	La convocatoria a la Licitación Pública fue publicada en CompraNet el 2 de septiembre de 2015, en observancia al segundo párrafo del artículo 43 del Reglamento de la LAASSP, el plazo entre la publicación de la convocatoria a la licitación pública y el acto de presentación y apertura de proposiciones, no podrá ser inferior a cuarenta días		DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

PREGUNTA RELACIONADA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		LAASSP que establece que “de resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse”, siendo que en el caso resulta necesario por las cuestiones antes señaladas, respetuosamente se solicita a esa H. Autoridad se difiera la fecha de celebración del acto de presentación de proposiciones con al finalidad de que los licitantes interesados pueden preparar debidamente sus propuestas, además de que el artículo 43 del Reglamento de la LAASSP establece que no pueden mediar menos 40 días entre la publicación de la Convocatoria y el acto de presentación y apertura de proposiciones, lo cual no ocurre en la especie.	naturales, el cual se cumple el 12 de octubre. Asimismo, de conformidad con el artículo 46 del mismo Reglamento, la Convocante, deberá existir un plazo de al menos seis días naturales desde la conclusión de la junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual, dado que el día 1 de octubre se está dando por concluida la junta de aclaraciones, está cubierto hasta el 12 del mismo mes y año.		
Aclaraciones generales a la convocatoria t.2, 2.1.5.2 Condiciones de entrega	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	1. Favor de aclarar la siguiente observación: Dice: Se elimina párrafo al punto 2.5.1.2  Debe decir: Se elimina el párrafo referido al punto 2.1.5.2	Es correcta su apreciación, se refiere a la eliminación del párrafo en el numeral 2.1.5.2		CPIM
Respuesta a la pregunta 2 de Baxter (pág. 1)	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	2. En relación a la respuesta otorgada al Licitante BAXTER, solicitamos nos aclaren, ¿qué procederá cuando la baja definitiva es por pérdida de la vigencia de derechos?  Lo anterior en virtud que de acuerdo a la experiencia, NO es posible el recuperar estos bienes.	En el supuesto que comenta, también se debe realizar la recuperación de bienes.		CPIM
Pregunta1 de Laboratorios PISA (pág 12)	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	Solicitamos de la manera más atenta confirmar que los tratados que se considerarán en la presente convocatoria son:  TLCAN México, Estados Unidos y Canadá TLC México Colombia, TLCUE México y los países miembros de la Unión Europea TLC México – Israel	Es correcta su apreciación.		DSI

**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

PREGUNTA RELACIONADA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		TLC México – Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza TLC México – Japón Mismos que cuentan con un capítulo de compras de medicamentos vigente.			
En relación a la respuesta de las preguntas 8 y 9 de Laboratorios Pisa ( Pág 14).	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	4. Solicitamos a la convocante favor de ratificar, que la capacitación a pacientes y familiares del uso de los bienes, será en coordinación del instituto con el licitante adjudicado de acuerdo al punto 2.1.2. de la presente convocatoria.	Se ratifica, la capacitación a pacientes y familiares del uso de los bienes, será en coordinación del Instituto con el licitante adjudicado.		CPIM
Respuesta a la pregunta 11 y 15 de Laboratorios PiSA (pág. 15 y 16)	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	5. – Derivado que el proveedor adjudicado, deberá de desarrollar la interfaz para obtener el reporte solicitado bajo la estructura Json (JavaScript Object Notation), y al ser un requerimiento nuevo sin tener antecedente, en caso de ser adjudicado requerimos de un periodo de tiempo de 90 días a partir del fallo, para cumplir con el reporte de acuerdo a las características solicitadas.  Lo anterior considerando que la información consolidada del primer periodo de entregas concluye a los 30 días del inicio de la vigencia del contrato y que se requiere de tiempos para realizar el desarrollo, pruebas y validación.	La DIDT solicita la información de los servicios entregados en un archivo de texto en formato JSON, la DIDT no solicita el desarrollo, pruebas o validación de interfaz alguna.  No se acepta su solicitud.		DSDICDS
Respuesta a la pregunta 34 de Laboratorios PISA (pág. 22)	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	Derivado que la respuesta a mi representada la consideramos confusa, toda vez, que el objeto de la presente convocatoria es la adquisición de bienes del programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y no de una contratación de Prestación de Servicios, favor de confirmar que la pena convencional por motivo del Canje – Reposición de bienes por vicios ocultos o problemas de calidad, deberá ser aplicada sobre la cantidad de bolsas a cajar sobre en forma proporcional, solicitamos atentamente a la convocante nos aclare el fundamento legal mediante el cual se determina esta pena convencional, así mismo nos defina el concepto	Las penas convencionales se aplicarán de conformidad con el artículo 53 de la LAASSP y el primer párrafo del artículo 96 de su Reglamento, sobre la cantidad de bolsas no canjeadas o repuestas dentro del plazo de 7 días naturales posteriores a la notificación por parte del Instituto.		DSI



**ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
NÚMERO LA-019GYR047-T60-2015 PARA LA ADQUISICIÓN PLURIANUAL ABIERTA DE BIENES DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL  
CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) PARA PACIENTES NUEVOS**

PREGUNTA RELACIONADA	LICITANTE	No. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		<p>"gravedad de la falta". Para evitar que esta calificación sea discrecional para cada responsable de reportar el incumplimiento en las Delegaciones o UMAE's.</p> <p>Lo anterior de conformidad con los artículos 53 de la LAASSP y 96 de su Reglamento.</p>			
<p>Respuestas a las preguntas 36,37,38, 39, 40 y 41 de Laboratorios Pisa (pág. 22 a 27)</p>	<p>LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.</p>	<p>7. Favor de considerar que todo inventario no reportado al proveedor al momento de realizar la entrega en domicilio, documentado y aceptado por la persona que reciba la dotación correspondiente y que así sea asentado en la constancia de entrega y en caso de que el personal del Instituto detecte sobreinventario al momento de realizar visitas de supervisión, este será imputable al paciente y eximirá al proveedor de penalizaciones o deductivas por dicho concepto. Solicitamos atentamente y considerando que la presente es una convocatoria consolidada para la adjudicación de bienes a nivel nacional, no se deje al criterio del administrador del contrato y Jefe de Servicio de cada una de las delegaciones y UMAE la resolución de estos temas y se estandarice el proceso para la evaluación y aplicación de sanciones por sobreinventarios en domicilios de los pacientes.</p>	<p>En los casos en los que el sobreinventario no sea por causas imputables al proveedor no se penalizará.</p>		<p>CPIM</p>
<p>De conformidad con lo previsto por los artículos 45, penúltimo párrafo y 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la convocante clasificó e integró por temas las solicitudes de aclaración presentadas por los licitantes interesados, para efectos de facilitar su respuesta de manera conjunta por corresponder a un mismo punto, numeral, apartado o anexo de la convocatoria.</p>					
<p>Áreas encargadas de dar respuesta a las solicitudes de aclaración:  Administrativas: DSI: División de Servicios Integrales.  DIM: División de Investigación de Mercados.  Técnico – Informáticas: DSDICDS: División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud.  Técnico – Médicas: CPIM: Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.</p>					